



ACTA DE CIERRE DE PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados Electrónica Numero LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023; Objeto de la Licitación Pública: Contratación del Adquisición de Angiógrafo Arco Monopolar para nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ+MF No. 1 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur siendo las 15:00 horas centro del día 08 de junio de 2023, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS, ubicada en Cuauhtémoc y Carranza número 2415, Colonia La Rinconada C.P. 23040; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de concluir la Primera Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley o LAASSP), así como 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante, el Reglamento o RLAASSP).

Este acto es presidido por la C. Ing. María Fernanda Rodríguez Ortega, Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, conforme lo establecido en el 5.3.8 Inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, servidor público facultado para presidir el presente evento

Se hace constar que quien preside cuenta con la asistencia del representante de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas en su calidad de Área Técnica, quien solventa las preguntas (repreguntas) de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción V del Reglamento, por otra parte, el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en su carácter de Área Contratante, responde las preguntas (repreguntas de carácter legal-administrativo), cuyos nombre y firmas aparecen el final del acta.

Se encuentran presentes los representantes de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, y del Órgano Interno de Control en el IMSS, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 del Reglamento, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo como observador.

ANTECEDENTES.

Con fecha 07 de junio de 2023, se dio inicio a la sesión de la Junta de Aclaraciones del procedimiento indicado al rubro, el 07 de junio de 2023, a las 18:30 horas centro se publicó en el Sistema CompraNet el acta correspondiente, en la que se dio a conocer las precisiones realizadas por la convocante considerando las determinaciones del Área Técnica, así como las respuestas otorgadas a las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas por los licitantes, en la cual se otorgó un plazo de 18 horas a partir de la publicación del acta en CompraNet, para que los licitantes hicieran las preguntas (repreguntas) que consideran necesarias relacionadas exclusivamente con las precisiones y respuestas.

Dicho plazo transcurrió de las 18:30 horas centro del 07 de junio de 2023 a las 12:30 horas centro del 08 de junio de 2023; en la hora y día señalados de conformidad con el artículo 46, fracción II del Reglamento, se procedió a realizar la descarga de las repreguntas realizadas por los licitantes en el Sistema CompraNet, mismo que se precisan a continuación:

Table with 3 columns: No., Nombre, Razón o Denominación Social, No. de repreguntas. Rows include GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV (9), HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV (1), SAVARE MEDIKA SA DE CV (4), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV (5), Total (19).

Lo anterior se observa en la impresión del sistema CompraNet, que para efectos de constancia se inserta en la presente acta:

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

**ACTA DE CIERRE DE PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES**

<p>Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados Electrónica Numero <b>LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023</b></p>	<p><b>Objeto de la Licitación Pública:</b> Contratación del Adquisición de Angiógrafo Arco Monopolar para nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ+MF No. 1 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur</p>
--	---

Operación LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023

Nombre del documento: LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023

Entidad responsable del documento: IMSS

Código de identificación: LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023

Nombre del procedimiento: LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023-ADQUISICION DE ANGIOGRAFO ARCO MONOPOLAR PARA NUEVA SALA DE

Entidad responsable del procedimiento: IMSS

Fecha de publicación: 06/06/2023 11:30

Fecha de cierre: 07/06/2023 11:30

Fecha de inicio: 07/06/2023 11:30

Fecha de término: 07/06/2023 11:30

Estado: Cierre de primer junta de aclaraciones

Acciones: Subir nueva pregunta, Subir nueva respuesta, Subir nueva pregunta y respuesta, Subir nueva pregunta y respuesta y respuesta, Subir nueva pregunta y respuesta y respuesta y respuesta

Id	Nombre	Fecha de publicación del procedimiento	Fecha de publicación de la pregunta	Respuesta	Estado de publicación de la respuesta	Acción de publicación
1	Subir nueva pregunta y respuesta	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Publicada	+
2	Subir nueva pregunta y respuesta	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Publicada	-
3	Subir nueva pregunta y respuesta	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Publicada	-
4	Subir nueva pregunta y respuesta	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Publicada	-
5	Subir nueva pregunta y respuesta	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Publicada	-
6	Subir nueva pregunta y respuesta	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Publicada	-
7	Subir nueva pregunta y respuesta	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Publicada	-
8	Subir nueva pregunta y respuesta	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Publicada	-

Una vez realizada la descarga de las repreguntas, se procedió a entregar las mismas al Área Técnica, quien solventó las preguntas (repreguntas) de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; mientras que el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en su carácter de Área Contratante, responderá las preguntas (repreguntas de carácter legal-administrativo).

En la sesión del día 07 de junio de 2023, se estableció que la Junta de Aclaraciones se reanudaría el 08 de junio de 2023, día y hora en que se actúa.

**DESARROLLO DEL ACTO**

A continuación, se informa que las preguntas (repreguntas) enviadas en tiempo y forma por los licitantes, fueron atendidas por la Convocante; las respuestas de carácter legal-administrativa fueron otorgadas por el Área Contratante; mientras que las respuestas de carácter técnico, fueron otorgadas por las Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas en carácter de Área Técnica, mismas que se recibieron mediante oficio N° 030109612100/CB/0093/2023, de fecha 08 de junio de 2023, mismas que se dan a conocer a continuación; y serán difundidas a través del Sistema CompraNet (en formato .pdf y editable):

LICITANTE	No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE RESPONDE
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	1	PREGUNTA 61, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV, PÁGINA 21	NUESTROS CONTRATOS DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA COMO: TOMOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA, GAMMACAMARAS, RAYOS X Y MASTOGRAFOS, CONTEMPLAN INSTALACIÓN EN SITIO Y ADECUACIÓN DE LA SALA CORRESPONDIENTE; POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN PRESENTAR CONTRATOS DE ESTE TIPO DE BIENES PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y	PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE ACEPTA PRESENTAR CONTRATOS QUE INCLUYAN LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA PARA EQUIPOS DE ANGIOGRAFÍA, RESONANCIAS MAGNÉTICAS, GAMMACAMARAS Y TOMÓGRAFOS.	AREA TECNICA



**ACTA DE CIERRE DE PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES**

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados Electrónica Numero LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023	<b>Objeto de la Licitación Pública:</b> Contratación del Adquisición de Angiógrafo Arco Monopolar para nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ+MF No. 1 del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur
--	---

LICITANTE	No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE RESPONDE
			CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ¿SE ACEPTA?		
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	2	PREGUNTA 62, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV, PÁGINA 21	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR EL VOLTAJE DE SALIDA DEL TRANSFORMADOR AL CUAL NOS CONECTAREMOS, ASÍ COMO LA CAPACIDAD EN KVA DISPONIBLE	SE CONTEMPLA LA CONEXIÓN A UN TABLERO SUB GENERAL CON UNA DISPONIBILIDAD DE 70KVA Y UN VOLTAJE DE SALIDA DE 440V	AREA TECNICA
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	3	PREGUNTA 62, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV, PÁGINA 21	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR QUÉ TIPO DE CARGAS ESTÁN CONECTADAS AL TRANSFORMADOR DONDE DEBEREMOS CONECTARNOS	AL TABLERO SUBGENERAL QUE SE CONTEMPLA SE ENCUENTRAN CONECTADOS EQUIPOS Y SERVICIOS CRÍTICOS DE LA UNIDAD COMO QUIRÓFANOS Y UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS.	AREA TECNICA
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	4	PREGUNTA 62, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV, PÁGINA 21	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE NECESITA UN TRANSFORMADOR NUEVO PARA EL EQUIPO A OFERTAR O SE PODRÁ UTILIZAR EL QUE ESTÁ ACTUALMENTE EN EL SITIO. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE SE REQUIERE PROPORCIONAR UN TRANSFORMADOR NUEVO PARA EL EQUIPO QUE OFERTEN COMO SE MENCIONA EN EL ENCISO A DEL ANEXO NÚMERO T2 ANEXO TÉCNICO Y SUS ANEXOS EL CUAL DICE: EL INSTITUTO A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE SUS DERECHOHABIENTES, REQUIERE DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR ADQUISICIÓN QUE CONTEMPLA EN CONJUNTO LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DONDE SE HARÁ LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO A OFERTAR; UN SISTEMA DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DENTRO DE LA SALA DE HEMODINAMIA, ASÍ COMO EL EQUIPO ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR.	AREA TECNICA
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	5	PREGUNTA 62, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV, PÁGINA 21	DADO QUE EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SE SALTA DE LA PREGUNTA 66 A LA 82. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR LAS ESPECIFICACIONES DE ACABADOS	"SE ACLARA QUE NO EXISTE UN CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS DE OBRA, SIENDO OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA A REALIZAR TODOS AQUELLOS ALCANCES DE LAS ADECUACIONES DE ÁREA, OBRA CIVIL (LEVANTAMIENTO DE MUROS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, COLOCACION DE PISOS, TECHOS, O TRABAJOS DE PINTURA EN EL ÁREA), O CUALQUIER OTRA CONSIDERACION PARA QUE EL EQUIPO QUEDE TRABAJANDO A COMPLETA SATISFACCION DEL INSTITUTO Y DEBERA ATENDER LOS "CRITERIOS NORMATIVOS DE MATERIALES DE ACABADOS, HOSPITAL GENERAL UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR", "NORMAS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA TOMO X MATERIALES Y ELEMENTOS DE ACABADOS" ASI COMO CUALQUIER NORMATIVA INSTITUCIONAL Y CUALQUIER LEGISLACIÓN QUE APLIQUE A LA MATERIA. POR LO QUE EL LICITANTE DEBIÓ Y DEBERÁ ANALIZAR EN LA UNIDAD DE DESTINO DURANTE LA VISITA PRESENCIAL OBLIGATORIA, LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA SALA, TALES COMO TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, CABLEADO DE COBRE, CANALIZACIONES PARA CABLEADO, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS,	AREA TECNICA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ACTA DE CIERRE DE PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados Electrónica Numero LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023 and Objeto de la Licitación Pública Contratación del Adquisición de Angiógrafo Arco Monopolar para nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ+MF No. 1 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur

Main table with 6 columns: LICITANTE, No., REFERENCIA, A LA PREGUNTA, PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE, RESPUESTA IMSS, and ÁREA QUE RESPONDE. It contains three rows of questions and answers regarding the procurement process.

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.



**ACTA DE CIERRE DE PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES**

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados Electrónica Numero LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023	<b>Objeto de la Licitación Pública.</b> Contratación del Adquisición de Angiógrafo Arco Monopolar para nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ+MF No. 1 del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur
--	---

LICITANTE	No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE RESPONDE
SAVARE MEDIKA SA DE CV	9	PRECISIONES POR PARTE DEL ÁREA CONTRATANTE A LA CONVOCATORIA	ENTENDEMOS QUE ES POSIBLE OFERTAR UN EQUIPO CON MONTAJE A PISO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE MOVIMIENTO REFERENTES AL PUNTO 1.1: SOPORTE CON ARCO MONTADO AL PISO O AL TECHO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, TAL COMO INDICA EL NUMERAL 1.1 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.	AREA TECNICA
SAVARE MEDIKA SA DE CV	10	PREGUNTA 27, REALIZADA POR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV PUNTO 1.8.5.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DEL ROADMAP, CUANDO LA ESCOPIA EN TIEMPO REAL SE SUSTRAE DE LA IMAGEN OPAC. CREADA ANTERIORMENTE, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CÍCLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA (SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO) PARA REDUCIR LOS EFECTOS DEL MOVIMIENTO DEL PACIENTE LO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO. ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.8.5. CON SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"	AREA TECNICA
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	11	PREGUNTA 82, LICITANTE: HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV , PÁGINA 22	DADO QUE EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SE SALTA DE LA PREGUNTA 66 A LA 82. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ACLARAR LA UBICACIÓN DONDE PODRÁ INSTALARSE EL UPS, YA QUE DERIVADO DE LA VISITA, DETERMINAMOS QUE EN LA SALA DE HEMODINAMIA NO CABE.	EN EL PLANO PROPORCIONADO DEL PROYECTO SERVICIO DE HEMODINAMIA, MISMO QUE SE ADJUNTO LA ACTA INICIAL COMO ANEXO 1, SE IDENTIFICAN 3 AREAS QUE PODRAN SER UTILIZADAS A SU CONSIDERACIÓN PARA SU ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES Y LAS CUALES PODRÁN DISPONER PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CORRESPONDIENTE, LAS CUALES SON: SALA PROCEDIMIENTO HEMODINAMIA, SALA DE CONTROL y CUARTO DE EQUIPOS.	AREA TECNICA
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	12	PREGUNTA 60, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV, PÁGINA 21	PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD APLICABLES PARA LA ADECUACIÓN DE SITIO, INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ASEGURANDO ADEMÁS A LOS USUARIOS Y PACIENTES QUE UTILIZARÁN ESTE SERVICIO PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y LOS DERECHOHABIENTES; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR UN PLAZO DE 60 DÍAS HÁBILES, POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA APEGARSE A LOS TIEMPOS DE ENTREGA MENCIONADOS EN EL ANEXO NUMERO T2 TERMINOS Y CONDICIONES Y SUS ANEXOS, EN LOS CUALES SE MENCIONAN EN EL INCISO B, EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO SERA, DE 60 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA NATURAL SIGUIENTE AL ACTO DE COMUNICACION DE FALLO  EL INSTITUTO HACE LA SIGUIENTE PRECISIÓN: EL TERMINO PARA LA ENTREGA DEL BIEN ES EN VIRTUD DE NO RETRASAR EL INICIO DE OPERACIONES DE LA SALA DE HEMODINAMIA UBICADA EN EL HGZ+MF NO. 1 Y GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO MÉDICO A LOS DERECHOHABIENTES.	AREA TECNICA
SAVARE MEDIKA SA DE CV	13	PREGUNTA 4 DE TELECOMUNICACION Y EQUIPOS PAGINA 4 ACTA	DANDO CONTINUIDAD A QUE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LOS ALCANCES OFERTADOS ESTÁ SUJETA A EVALUACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO Y CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES UNA PROPUESTA QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ABIERTA UNA FECHA DE	SE PRECISA LO MENCIONADO EN EL INCISO F DEL ANEXO NÚMERO T2 TERMINOS Y CONDICIONES Y SUS ANEXOS EL CUAL DICE: SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS VISITAS SOLO PODRÁN SER EFECTUADAS A PARTIR DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y HASTA DOS DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN HORARIO DE 8:00 A	AREA TECNICA



**ACTA DE CIERRE DE PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES**

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados Electrónica Numero <b>LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023</b>	<b>Objeto de la Licitación Pública:</b> Contratación del Adquisición de Angiógrafo Arco Monopolar para nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ+MF No. 1 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur
---	--

LICITANTE	No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE RESPONDE
			VISITAR EN LA UNIDAD MÉDICA PARA EVALUAR A FONDO LAS NECESIDADES DEL PROYECTO PREVIO A LA FECHA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	18:00 HORAS Y EN DÍAS HÁBILES PARA EL INSTITUTO, EN ESTE MISMO INCISO SE MENCIONA LO SIGUIENTE: LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEBERÁN LLEVARSE A CABO DE MANERA OBLIGATORIA, POR LO QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR UN LEVANTAMIENTO FÍSICO EN LA UNIDAD MÉDICA DESTINO DE LOS BIENES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS BIENES POR OFERTAR	
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	14	PRECIOS POR PARTE DEL ÁREA CONTRATANTE A LA CONVOCATORIA	ENTENDEMOS QUE ES POSIBLE OFERTAR UN EQUIPO CON MONTAJE A PISO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE MOVIMIENTO REFERENTES AL PUNTO 1.1: SOPORTE CON ARCO MONTADO AL PISO O AL TECHO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, TAL COMO INDICA EL NUMERAL 1.1 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.	AREA TECNICA
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	15	PREGUNTA 27, REALIZADA POR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV PUNTO 1.8.5.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DEL ROADMAP, CUANDO LA ESCOPIA EN TIEMPO REAL SE SUSTRAE DE LA IMAGEN OPAC. CREADA ANTERIORMENTE, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CÍCLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA (SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO) PARA REDUCIR LOS EFECTOS DEL MOVIMIENTO DEL PACIENTE LO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO. ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.8.5. CON SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"	AREA TECNICA
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	16	PREGUNTA 29, REALIZADA POR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV PUNTO 1.8.11.	ENTENDEMOS QUE DAMOS CUMPLIMIENTO AL PUNTO AL REFERENCIAR LOS NUMERALES 1.8.11.1 AL 1.8.11.9 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA CARTA DE FABRICANTE, EN DONDE SE MENCIONE QUE SU HABILITACIÓN NO TIENE NINGUNA RESTRICCIÓN DE USO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA REFERENCIAR COMO OPCIÓN LOS NUMERALES 1.8.11.1 AL 1.8.11.9 DE LA CORESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCIÓN CON LA CARTA DE FABRICANTE DE CUMPLIMIENTO ADICIONANDO EL DESGLOSAR EN ESTA CARTA DE LOS SERVICIOS DICOM HABILITADOS Y QUE SU HABILITACIÓN NO TIENE NINGUNA RESTRICCIÓN DE USO, SIN QUE ELLO MODIFIQUE LA ESPECIFICACION ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA, NI LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, DICHAS CARACTERISTICAS ESTARAN SUJETAS A EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO	AREA TECNICA
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	17	PREGUNTA 30, REALIZADA POR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ENTENDEMOS QUE ES NECESARIO REFERENCIAR EL NUMERAL 1.8.12.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA CARTA DE FABRICANTE, EN DONDE SE MENCIONE QUE SU HABILITACIÓN NO TIENE NINGUNA RESTRICCIÓN DE USO,	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.8.12.1. SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT	AREA TECNICA



**ACTA DE CIERRE DE PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES**

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados Electrónica Numero LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023	<b>Objeto de la Licitación Pública:</b> Contratación de Adquisición de Angiógrafo Arco Monopolar para nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ+MF No. 1 del Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur
--	--

LICITANTE	No.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE RESPONDE
		PUNTO 1.8.12.1	ADEMÁS SE COMPLEMENTARÁ LA INFORMACIÓN CON LOS MANUALES DE USUARIO Y/O DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE CON LA FINALIDAD DE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE FICHA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO ) DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"	
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	18	PREGUNTA 30, REALIZADA POR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV PUNTO 1.9.11.1	ENTENDEMOS QUE ES NECESARIO REFERENCIAR EL NÚMERO 19.11.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA CARTA DE FABRICANTE, EN DONDE SE MENCIONE QUE SU HABILITACIÓN NO TIENE NINGUNA RESTRICCIÓN DE USO, ADEMÁS SE COMPLEMENTARÁ LA INFORMACIÓN CON LOS MANUALES DE USUARIO Y/O DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE CON LA FINALIDAD DE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE FICHA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, EN EL ANEXO NUMERO T2 TERMINOS Y CONDICIONES Y SUS ANEXOS INCISO E DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR SUS ESPECIFICACIONES. EL CUAL DICE: PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA DIGITAL LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOTOGRAFÍAS, ANEXOS TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE MANERA LEGIBLE REFERENCIANDO CADA PARTIDA Y/O SUB PARTIDA PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ANEXO 2 (DOS) "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO" DEL ANEXO TÉCNICO, TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.	AREA TECNICA
SAVARE MEDIKASA DE CV	19	PREGUNTA 29, REALIZADA POR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV PUNTO 1.8.11.	ENTENDEMOS QUE DAMOS CUMPLIMIENTO AL PUNTO AL REFERENCIAR LOS NUMERALES 1.8.11.1 AL 1.8.11.9 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA CARTA DE FABRICANTE, EN DONDE SE MENCIONE QUE SU HABILITACIÓN NO TIENE NINGUNA RESTRICCIÓN DE USO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA REFERENCIAR COMO OPCIÓN LOS NUMERALES 1.8.11.1 AL 1.8.11.9 DE LA COORESPONDIENTE CEDULA DE DESCRIPCIÓN CON LA CARTA DE FABRICANTE DE CUMPLIMIENTO ADICIONANDO EL DESGLOSAR EN ESTA CARTA DE LOS SERVICIOS DICOM HABILITADOS Y QUE SU HABILITACIÓN NO TIENE NINGUNA RESTRICCIÓN DE USO, SIN QUE ELLO MODIFIQUE LA ESPECIFICACION ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA, NI LO PROPUESTO POR EL PARTICIPANTE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, DICHAS CARACTERISTICAS ESTARAN SUJETAS A EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	AREA TECNICA



ACTA DE CIERRE DE PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES

Table with 2 columns: Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados Electrónica Numero LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023; Objeto de la Licitación Pública Contratación del Adquisición de Angiógrafo Arco Monopolar para nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ+MF No. 1 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur

Table with 5 columns: LICITANTE, No., REFERENCIA, A LA PREGUNTA, PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE, RESPUESTA IMSS, ÁREA QUE RESPONDE

Asimismo, considerando que la información de la presente acta será difundida y publicada en el Sistema CompraNet, en el presente acto se solicitó a los asistentes, la dispensa de la lectura integral de las preguntas (repreguntas) y respuestas, a lo que manifestaron no tener objeción alguna.

Cabe señalar que todas y cada una de las respuestas otorgadas a las preguntas y repreguntas formuladas por los licitantes, al Anexo Técnico, Términos y Condiciones y sus respectivos anexos, incluyendo las precisiones técnicas, así como los aspectos técnicos de la Convocatoria fueron establecidos y determinados por el Área Técnica, de conformidad con las especificaciones técnicas y alcances del servicio.

Se hace constar que derivado del pronunciamiento realizado bajo su estricta responsabilidad por la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en su carácter de Área Técnica, oficio No. 030109612100/CB/0093/2023, de fecha 08 de junio de 2023, se realizaron las respuestas que anteceden, por lo que se conformidad con los artículos 33 y 33 bis de la Ley, se convoca a una Segunda Junta de Aclaraciones, con fundamento en los artículos antes citados.

En virtud de lo anterior, con base en lo previsto en las fracción VI, del artículo 46 del Reglamento, se informa que la Segunda Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a las 11:00 horas centro del día 12 de junio de 2023, a efecto de que los licitantes interesados formulen las solicitudes de aclaración sobre las respuestas, precisiones y demás cuestionamientos que estimen pertinentes, mismas que deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los aspectos contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona, mismas que deberán enviarse a través del Sistema CompraNet a más tardar veinticuatro horas previas a la celebración del evento, es decir, a las 11:00 horas centro del día 11 de junio de 2023.

Derivado de lo anterior, se les preguntó a los asistentes si tenían alguna observación, a lo que respondieron no tener alguna.

Cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la Convocatoria del presente procedimiento.

CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se procede al cierre del presente acta; precisando que por tratar de Licitación Pública Electrónica, para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, este documento se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ al concluir este acto y sustituye la notificación personal; asimismo, se informa que a partir de esta fecha, se pone a disposición de los licitantes, copia de esta documento en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS, sita en Cuauhtémoc y Carranza número 2415 Colonia La Rinconada C.P. 23040 en esta ciudad, y se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Finalmente, los asistentes al presente acto proceden a la firma de esta acta para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, siendo las 15:30 horas del día 08 de junio de 2023.

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

**ACTA DE CIERRE DE PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES**

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados Electrónica Numero <b>LA-50-GYR-050GYR030-T-101-2023</b>	<b>Objeto de la Licitación Pública.</b> Contratación del Adquisición de Angiógrafo Arco Monopolar para nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ+MF No. 1 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur
---	--

Como medida ecológica, de economía y espacio de archivo se acuerda con los asistentes imprimir un solo tanto de la presente acta y que las copias de ley se remitirán vía correo electrónico.

Esta Acta consta de **9** fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
ING. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ ORTEGA	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
LIC. EMMANUEL GUTIERREZ ROJAS	TITULAR DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
C. MARIA DE LOS ANGELES MERCADO VEGA	LÍDER DE PROYECTO "C"	Madebs Angeles M.V.
ING. ALDO GUEVARA LOYA	REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS Oficio Invitación número 038001150100/ADQS.486/2023	

**POR EL ÁREA DE AUDITORÍA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	FIRMA
LIC. CYNTHIA GUADALUPE MURILLO RAMOS	Oficio Invitación número 038001150100/ADQS.482/2023 

**LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS**

NOMBRE	FIRMA
NO ASISTIÓ REPRESENTANTE ALGUNO	Oficio Invitación número 038001150100/ADQS.483/2023

----- FIN DEL ACTA -----