

ANEXO NO. 2
DEL CONTRATO

GOBIERNO DE
MÉXICO




ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Anexo Técnico

Invitación a Cuando Menos Tres Personas. No: IA-50-GYR-050GYR016-N-198-2023

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCAUTERIOS MÁS
REFACCIONES, DE LAS UNIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL 2023

Retirar el equipo del área de servicio para su revisión en lugar adecuado destapar el mismo para realizar limpieza interior con aire comprimido y solvente dieléctrico. Verificar y equilibrar voltajes de fuente, así como asegurar la medición de voltajes y formas de onda. Revisar electrodo de placa y electrodo activo. Revisar el pedal de pie, verificar el funcionamiento del ventilador y transistores de potencia. Revisar con osciloscopio las formas de onda conforme al manual del fabricante. Verificar los valores de la potencia de salida para corte y coagulación, calibrando en su caso de acuerdo a los valores que señala el fabricante. Suministro de tarjeta retirar el equipo del área de servicio para su revisión en lugar adecuado destapar el mismo para realizar limpieza interior con aire comprimido y solvente dieléctrico. Verificar y equilibrar voltajes de fuente, así como asegurar la medición de voltajes y formas de onda. Revisar electrodo de placa y electrodo activo. Revisar el pedal de pie, verificar el funcionamiento del ventilador y transistores de potencia. Revisar con osciloscopio las formas de onda conforme al manual del fabricante. Verificar los valores de la potencia de salida para corte y coagulación, calibrando en su caso de acuerdo a los valores que señala el fabricante. Suministro de tarjeta de potencia si se requiere con analizador digital.


Ing. Adrián Agustín
Martínez Reyes
Jefe de Zona I


Arq. Joel Ulises Miranda
Barillas
Jefe de Zona II


Ing. Jose Gervacio Araujo
Jefe de Zona III

