



Ingeniería Aplicada a La Salud S.A. de C.V.

ANEXO NO. 6
DEL CONTRATO

“DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL SERVICIO”

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-50-GYR-050GYR016-N-198-2023
NO. CONTRATO: CCO-P-23-35-2508-058

RETIRAR EL EQUIPO DEL ÁREA DE SERVICIO PARA SU REVISIÓN EN LUGAR ADECUADO DESTAPAR EL MISMO PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR CON AIRE COMPRIMIDO Y SOLVENTE DIELECTRICO. VERIFICAR Y EQUILIBRAR VOLTAJES DE FUENTE, ASÍ COMO ASEGURAR LA MEDICIÓN DE VOLTAJES Y FORMAS DE ONDA. REVISAR ELECTRODO DE PLACA Y ELECTRODO ACTIVO. REVISAR EL PEDAL DE PIE, VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TRANSISTORES DE POTENCIA. REVISAR CON OSCILOSCOPIO LAS FORMAS DE ONDA CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE. VERIFICAR LOS VALORES DE LA POTENCIA DE SALIDA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, CALIBRANDO EN SU CASO DE ACUERDO A LOS VALORES QUE SEÑALA EL FABRICANTE. SUMINISTRO DE TARJETA RETIRAR EL EQUIPO DEL ÁREA DE SERVICIO PARA SU REVISIÓN EN LUGAR ADECUADO DESTAPAR EL MISMO PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR CON AIRE COMPRIMIDO Y SOLVENTE DIELECTRICO. VERIFICAR Y EQUILIBRAR VOLTAJES DE FUENTE, ASÍ COMO ASEGURAR LA MEDICIÓN DE VOLTAJES Y FORMAS DE ONDA. REVISAR ELECTRODO DE PLACA Y ELECTRODO ACTIVO. REVISAR EL PEDAL DE PIE, VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TRANSISTORES DE POTENCIA. REVISAR CON OSCILOSCOPIO LAS FORMAS DE ONDA CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE. VERIFICAR LOS VALORES DE LA POTENCIA DE SALIDA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, CALIBRANDO EN SU CASO DE ACUERDO A LOS VALORES QUE SEÑALA EL FABRICANTE. SUMINISTRO DE TARJETA DE POTENCIA SI SE REQUIERE CON ANALIZADOR DIGITAL.



ING MARIO ARTEAGA CASTILLO
INGENIERIA APLICADA A LA SALUD SA DE CV

