



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

CONTRATO **ABIERTO** PARA LA PRESTACIÓN DEL **SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS (PARTIDA 1, QUE INCLUYE PAQUETE 1 Y PAQUETE 2)**, CON CARÁCTER **NACIONAL** QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, EN LO SUCESIVO **"EL INSTITUTO"**, REPRESENTADA POR LA **DRA. FÁTIMA BORREGO PÉREZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE **"EL INSTITUTO"**, Y POR LA OTRA **KITMEDICO, S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO **"EL PROVEEDOR"**, REPRESENTADA POR EL **C. TOMAS GARCÍA CAMOU**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES**

**1. "EL INSTITUTO" declara que:**

- I.1** Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del seguro social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

Está facultado para adquirir toda clase de bienes muebles y contratar servicios en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV, de la Ley del Seguro Social.

- I.2** La **DRA. FÁTIMA BORREGO PÉREZ, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED], es el servidor público con facultades legales para suscribir el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio; de conformidad con lo previsto en los artículos 144, fracción XXIII y XXXVI, 155 fracción VI incisos a, b, y c, en relación con el artículo 2 fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo dispuesto en los numerales 5.3.16 inciso b) y 5.4.13 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de **"EL INSTITUTO"**, de acuerdo al poder que le fue conferido en la escritura pública número 84,264, de fecha 16 de mayo de 2024, otorgada ante la fe del licenciado Ignacio Soto Sobreya y Silva, Titular de la Notaría número 13 de la Ciudad de México e inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados (REPODE) desde el día 28 de mayo de 2024, bajo el folio número 97-7-28052024-105818.

- I.3** El **DR. JUAN GABRIEL BARRERA ACOSTA, ENCARGADO COORDINADOR DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD**, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED], de **"EL INSTITUTO"**, quien es designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato en el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026** quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan procedentes los otros requisitos, técnico y/o contable.

COL/SP/2026/06/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante del "Proveedor", para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción II, III, y IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 5.3.15 inciso b) y 5.4.13 primer párrafo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

**I.4** El LIC. LUIS GODINEZ CRUZ, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED], interviene en la firma del presente instrumento jurídico, como área contratante, en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026, del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numeral 5.3.8 inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

**I.5** La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA de carácter NACIONAL, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **35 FRACCIÓN I, 36, 37, 39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78 Y 84** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "LAASSP", y 129 de su Reglamento.

Con fecha **31 de julio de 2026**, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Colima, emitió el acta de fallo del procedimiento citado.

**I.6** "EL INSTITUTO" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número **51331015** de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal previo número **0000016196-2026** de fecha 30 de abril de 2026, por el importe de **\$12,463,321.99 (doce millones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos veintiún pesos 99/100 M.N.)**, suscrito por el DDP. Daniel Padilla Cruz Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.

**I.7** Para efectos fiscales las autoridades hacendarias le han asignado al Instituto Mexicano del Seguro Social el Registro Federal de Contribuyentes número **IMS421231145** con domicilio fiscal establecido en Avenida Reforma 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México.

**I.8** Tiene establecido su domicilio en Calle Zaragoza número 62, Colonia Centro, C.P. 28000, en la Ciudad de Colima, Colima mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñe.

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los áreos requeridos, técnico y/o contable.

COLJSPC2026/06/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**II. “EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que:**

**II.1** Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura pública número **22,365** de fecha **29 DE noviembre de 2017**, pasada ante la fe del licenciado Enrique Juan Kuri Gallardo titular de la Notaría Pública número 84 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, denominada **KITMÉDICO, S. A. DE C. V.**, cuyo objeto social es **venta y renta de equipo médico enfocado en el cuidado del paciente, dentro de los cuales se mencionan los siguientes:** a 1) **auxiliares para baño tales como: cómodos, orinales, sillas, ducha, aumentos para baño, entre otros.-** a 2) **ortopedia blanda: coderas, rodilleras, fajas, botas, etc.-** a 3) **almohadas, cojines, colchones, sillas de rueda, camas manuales y eléctricas, andaderas y caminadoras, bastones y muletas.-** a 4) **oxigenoterapia: tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno, nebulizadores, caps., aspiradores.-** a 5) **equipo de medición: baumanómetros manuales y digitales, estetoscopios, básculas y termómetros.-** a 6) **equipo de blancos: cubre camas y colchas.-** a 7) **equipo de consultorio: mesa de exploración, banco giratorio, vitrina, gabinete médico, lámpara de chicote y mesas.-** a 8) **venta de medicamentos o kits sin receta y medicamentos o kits.-** 9) **valoración médica a domicilio.-** a 10) **médicos familiares o generales, pediatras, geriatras certificados que apoyaran en las valoraciones médicas a domicilio, se harán, valoración general de enfermedad, a la prestación de toda clase de servicios en general ya sean por si o a través de terceros que sean conducentes a los fines sociales, entre otros, inscrita en el Registro Público de Comercio con el folio N-2017099574 de fecha 12 de diciembre de 2017.**

**II.2** El C. **Tomás García Camou**, en su carácter de **Administrador único**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con escritura pública número **11,731** de fecha **18 de febrero de 2026**, pasada ante la fe de la licenciada Ivonne Corral Gaona, Titular de la Notaría Pública número 28 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

**II.3** Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

**II.4** Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **KIT171129HK7**. Además, cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número [REDACTED].

**II.5** Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

**II.6.** Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en “EL

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñe.

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los otros requisitos, técnico y/o contrario.

COLJSPC2026/06/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**INSTITUTO**, en concordancia con los artículos 71, fracción II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, y 88, fracción I de su Reglamento; así como que **"EL PROVEEDOR"** no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 71 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- II.7.** Tiene establecido su domicilio en **Calle Calzada San Pedro número 110, Local 2A, Colonia Miravalle, C.P. 64660, en Monterrey, Nuevo León**, teléfono **8120366871** y correo electrónico [ventas@kitmedico.com](mailto:ventas@kitmedico.com), [gerenciaproyectos@kitmedico.com](mailto:gerenciaproyectos@kitmedico.com), mismos que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

**III. De "LAS PARTES":**

- III.1** Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.**

**"EL PROVEEDOR"** acepta y se obliga a proporcionar a **"EL INSTITUTO"** la prestación del **servicio médico integral para procedimientos de mínima invasión y bienes complementarios (PARTIDA 1, QUE INCLUYE PAQUETE 1 Y PAQUETE 2)**, en los términos y condiciones establecidos en la **CONVOCATORIA**, según el procedimiento de contratación de **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**, este contrato y sus anexos que forman parte integrante del mismo:

- Anexo 1 (uno)** "Requerimiento asignado"  
**Anexo 2 (dos)** "Anexo técnico y términos y condiciones"  
**Anexo 3 (tres)** "Formato para fianza de cumplimiento de contrato"  
**Anexo 4 (cuatro)** "Designación de administrador del contrato"

**SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.**

**"EL INSTITUTO"** pagará a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$3, 026,203.07 (tres millones veintiséis mil doscientos tres pesos 07/100 M. N.)** más impuestos por \$484,192.49 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 49/100 M. N.) y un monto máximo de **\$7, 565,507.68 (siete millones quinientos sesenta y cinco mil quinientos siete pesos 68/100 M. N.)**, más impuestos que asciende a \$1,210,481.23 (un millón doscientos diez mil cuatrocientos ochenta y un pesos 23/100 M. N.).

El precio unitario es considerado fijo y en **moneda nacional** hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del **servicio médico integral para procedimientos de mínima invasión y bienes complementarios**, por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñe:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realice sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los citos requerimientos, técnico y/o contable.

COLJSPC2026/06/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

### TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato **"EL INSTITUTO"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**

### CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

**"EL INSTITUTO"** efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido o porcentaje de avance, conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES)** que forma parte integrante de este contrato.

**"EL INSTITUTO"** realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes o servicios.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la **"LAASSP"**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la **"LAASSP"**.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique, la que deberá ser entregada en la oficina de trámite de erogaciones dependiente del servicio de finanzas ubicada en la **Calle Zaragoza número 62, Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Colima**, en los días de lunes a viernes en un horario del 09:00 a 14:00 horas.

**"EL PROVEEDOR"** manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **"EL INSTITUTO"**.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñe:

La revisión jurídica se efectuó sin prejulgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni el resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes los áreos requeridos, técnico y/o contable.

COLJSPC2026/06/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**"EL PROVEEDOR"** deberá presentar la información y documentación que **"EL INSTITUTO"** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"EL INSTITUTO"**.

El proveedor acepta que el instituto le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta [REDACTED] y clabe interbancaria [REDACTED] del [REDACTED], a nombre de **KITMEDICO, S. A. DE C. V.**, el pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER O SCOTIABANK.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la **"LAASSP"**.

**"EL PROVEEDOR"** durante la vigencia del presente contrato, queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** junto con el CFDI respectivo, la **"Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" vigente y positiva**, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**. Asimismo, a presentar **"La constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT"**; y, **"La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales"** emitida por el SAT, ambas positivas y vigentes.

En términos del **Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación**, así como de los acuerdos **ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR** y **ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ** y **ACDO.SA1.HCT.260220/64.P.DIR**, publicados en el diario oficial de la federación el 27 de febrero de 2015, 03 de abril de 2015 y el 30 de marzo de 2020, respectivamente.

**QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.**

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **"EL INSTITUTO"** en el **ANEXO 1 (UNO) Y ANEXO 2 (DOS)**.

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el **ANEXO 2 (DOS)** y fechas establecidas en el mismo.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **"EL PROVEEDOR"** deberá realizar la reposición o corrección, una vez sea recibida la respectiva notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"**.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos; con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio de la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realice sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los citos requerimientos, técnicos y/o comerciales.

COLJSPC2026/06/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**SEXTA. VIGENCIA.**

**"LAS PARTES"** convienen en que la vigencia del presente contrato será del **21 de agosto de 2026 al 31 de diciembre de 2026.**

**SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.**

**"LAS PARTES"** están de acuerdo que **"EL INSTITUTO"** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la **"LAASSP"**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

**"EL INSTITUTO"**, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios solicitados, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES"**.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de **"EL INSTITUTO"** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

**"EL INSTITUTO"** se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

**OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.**

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.

**NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción **II**, de la **"LAASSP"**; 130, párrafo tercero, fracción III, y 151 de su Reglamento **"EL PROVEEDOR"** se obliga a constituir una garantía **divisible** y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñbe.

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realice sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los citos requerimientos, técnico y/o contable.

COLJSPC2026/06/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la **"EL INSTITUTO"**, por un importe equivalente al **10 % (DIEZ POR CIENTO)** del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberá ser entregada a **"EL INSTITUTO"**, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **"EL INSTITUTO"** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"**, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el artículo 136, último párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por **"EL PROVEEDOR"** cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a **"EL INSTITUTO"** a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR"**.

Cuando la prestación de los servicios, se realice en un plazo menor a diez días naturales, **"EL PROVEEDOR"** quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, último párrafo de la **"LAASSP"**.

La constancia de recepción de los servicios que ampare, que los mismos se prestaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de **"EL INSTITUTO"**.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos; con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realice sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes los citos requerimientos, técnico y/o contable.

COLJSPC2026/06-000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

#### DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR”, se obliga a:

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la “LAASSP”.
- Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato
- Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.
- Realizar su inscripción en el registro de proveedores para la integridad del instituto mexicano del seguro social en el portal **REPIIMS** dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la formalización del presente instrumento contractual en la página electrónica <https://repiimss.imss.gob.mx/login>, en los términos de la “Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

#### DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”

“EL INSTITUTO”, se obliga a:

- Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.
- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

#### DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

“EL INSTITUTO” designa como Administrador(es) del presente contrato al **DR. JUAN GABRIEL BARRERA ACOSTA, ENCARGADO CORDINADOR DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD**, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñe.

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se revisa sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los áreos requeridos, técnica y/o contable.

COL/SP/PC/2026/06-000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

**"EL INSTITUTO"**, a través del Administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"**, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

**"EL INSTITUTO"**, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

**DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.**

**"EL INSTITUTO"** aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **"EL PROVEEDOR"** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un **0.25 %** sobre el monto total de la factura correspondiente al mes del incumplimiento de los servicios, de conformidad con el **ANEXO 2 (DOS) del presente contrato**, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **"EL PROVEEDOR"** que realice el pago de la deductiva a través del esquema eScinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de **"EL INSTITUTO"**. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de **"EL INSTITUTO"** cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, posterior al incumplimiento parcial o deficiente.

**DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.**

En caso que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el **ANEXO 2 (DOS)** parte integral del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al **0.5% y 1%**, de conformidad con el **ANEXO 2 (DOS)** del presente contrato por cada día de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos; con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñbe.

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los citos requerimientos, técnica y/o contable.

COLJSPC2026/06-000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN**, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de **"EL INSTITUTO"**; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando **"EL PROVEEDOR"** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previstos en la **"LAASSP"**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 142, cuarto párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**.

**DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.**

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

**DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.**

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

**DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.**

**"EL PROVEEDOR"** se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio objeto de este contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en los anexos del presente contrato.

**DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.**

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"EL INSTITUTO"**.

**"EL INSTITUTO"** sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos; con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pape.

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realice sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los citados requerimientos, técnicos y/o contables.

COLJSPC2026/06-000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO FINAT:  
SI26039

#### DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO".

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la "LAASSP" y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la "LAASSP".

#### VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO", por cualquiera de las causas antes mencionadas, "EL PROVEEDOR", se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que "EL INSTITUTO" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, "EL PROVEEDOR" se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

#### VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratará de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Para el tratamiento de los datos personales que "LAS PARTES" recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, "EL PROVEEDOR" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

#### VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registró bajo el póliza.

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes los datos requeridos, técnica y/o contable.

COL/SPC/2026/06/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

Con fundamento en el artículo 80 de la “**LAASSP**” y 150, segundo párrafo, fracción II, de su Reglamento, “**EL INSTITUTO**” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “**EL PROVEEDOR**”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “**EL INSTITUTO**” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

**VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

“**EL INSTITUTO**” cuando concurren razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “**EL INSTITUTO**”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “**EL INSTITUTO**”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “**EL INSTITUTO**” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “**EL PROVEEDOR**” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “**EL INSTITUTO**” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

**VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN.**

“**EL INSTITUTO**” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “**EL PROVEEDOR**” incurra en alguna de las siguientes causales:

- A) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;
- B) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- C) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “**EL INSTITUTO**”;
- D) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñe: COLJSPC2026/06-000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

- E) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
- F) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
- G) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- H) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- I) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
- J) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;  
INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO QUINTO DEL RLAASSP.
- K) No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;
- L) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
- M) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"EL INSTITUTO"** en los términos de lo dispuesto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;
- N) Impedir el desempeño normal de labores de **"EL INSTITUTO"**;
- O) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"EL INSTITUTO"**, cuando sea extranjero;
- P) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, durante la vigencia del presente contrato, y
- Q) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"EL INSTITUTO"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"EL INSTITUTO"**, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR"**.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñe.

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los citos requerimientos, técnica y/o contable.

COL/SP/PC/2026/06/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

**"EL INSTITUTO"** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"**, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre, deberá atender a las condiciones previstas por el artículo 74, párrafos cuarto y quinto de la **"LAASSP"**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"EL INSTITUTO"** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

**VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.**

**"EL PROVEEDOR"** reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a **"EL INSTITUTO"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

**"EL PROVEEDOR"** asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"EL INSTITUTO"**, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, **"EL PROVEEDOR"** exime expresamente a **"EL INSTITUTO"** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos; con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el pñe.

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los citos requerimientos, técnico y/o contable.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

COL/SP/PC/2026/06/000203

IMSS



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **"EL PROVEEDOR"**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **"EL INSTITUTO"**, **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

**VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS.**

**"LAS PARTES"** convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la **"LAASSP"**.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.**

**"LAS PARTES"** acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato, podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la **"LAASSP"**, y 186 al 196 de su Reglamento.

**VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS**

**"LAS PARTES"** señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

**VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE**

**"LAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

**TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN**

**"LAS PARTES"** convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la **Ciudad de Colima, Colima**, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

**"LAS PARTES"** manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman el día **21 de agosto de 2026**.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los citos requerimientos, técnico y/o contrario.

COLJSPC2026/06-000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO FINAT:  
SI26039

POR:  
"EL INSTITUTO"

| NOMBRE                          | CARGO                                                                          | R.F.C. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DRA. FÁTIMA BORREGO PÉREZ       | TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA. |        |
| LIC. LUIS GODINEZ CRUZ          | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                    |        |
| DR. JUAN GABRIEL BARRERA ACOSTA | ENCARGADO COORDINADOR DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD                      |        |

POR:  
"EL PROVEEDOR"

| NOMBRE                    | R.F.C.       |
|---------------------------|--------------|
| KITMEDICO, S. A. DE C. V. | KIT171129HK7 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los ómnibus requerimientos, técnicos y/o comerciales.

COL/SP/PC/2026/06/000203

Cadena original:

[REDACTED]

Firmante: LUIS GODINEZ CRUZ

RFC: [REDACTED]

Certificado:

[REDACTED]

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 20/08/2026 15:31

Firma:

HuZ3Mi r fXkGB+qezkcUGDSIFG5XCbPknY6n6bxcXxR3a6Jv0H0WPT3F5LrFUqi lMK6NqQdooyr3qN8yTE88XPY6tVWPNeFu+yA0/K7NmUNFz32uHCSw4cXXhKtL43zW+tpuSS0XcLSeoIEoBHBdSd2AdXChXfyzY  
mvr i+XL1Xe8861T8/h0oYAomjWgXHnBM0yW1qCngf7wHdQ0j5qgZiaT6E17TAp0cBoHaX0KSHG1Et8Iumh44ClgwQl pY18J8CVdKNvSQ0ZDKGPG0swh3DwZW1TN8IeKU0ktMvyL17kyyczzw1Y0waCzgMRXXj/5  
JIr3Ezhz+2nPSob4znm5Zw==

Firmante: JUAN GABRIEL BARRERA ACOSTA

RFC: [REDACTED]

Certificado:

[REDACTED]

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 20/08/2026 15:33

Firma:

ZctXGc77A1enBY4NuywokMk4NIorvh4dTsfG8BJw0HrV4Cw4BbdKJ9FGJN0nxS5q0b1Zb+cBr06B1ptQhrln+MoJSIrabKpFtLLt0Ak10Ci u6yp/0UCcg3MFRnfpR8fkj5+YL0LMXzBTmyyEjqUTX3WshGxr0t  
Wxy/wb2uRSZ2Rbbf12iuCffvKwZanLaLE44AvqH91To0PoeSNXWys3nxEGuN937j ayguCecf8R5evn0oEbA0K7jDuwAqkcSCCSHyWC0gAP81kbE/mSd0dc9osAz0osNL9LBgjtLydADi1cvxE/Bp4yD0/JxidhsQ  
n+Gy4cspmLEEvXH0sloTVA==

Firmante: FATIMA BORREGO PEREZ

RFC: [REDACTED]

Certificado:

[REDACTED]

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 21/08/2026 13:17

Firma:

SE TESTA NÚMERO DE SERIE Y CERTIFICADO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DE PROVEEDOR PERSONA MORAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA E IDENTIFICABLE, CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 PÁRRAFO CUARTO Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LGTAIPI).

Contrato: 050GYR012N10226-121-00

Gb8gzEHgmjFe516SnS1QSyqzveTKtcZoE+kxY2d3ø92pVRjq0et7e0dbKMUE+Iy6BnQQM/g7EjPNE+hz6E01AzRHa1ys0V4rqbS3AL9mpHjcwGYxtgf6VPYLDYdJ27Hf3YRd87W8BQp0Lz3/w4XVrTR+i4NXhWokM603KK1E17H6QBdyxwo446UP5KYXlpc6ULCMv0zlp0YNW+ev4lf8M198S/BDtZtVmMLGYE/zAjzQLm/ZLJ11MmhIn/6DcHhXFY7HvIfZsG3yfnE1G26iG6pyJpA1Hr1MCERn0u+7V9eFJpN58nAI34vAmFrePMbMNJcXIZr+TqYH8kdXLS3P5w==

Firmante: KITMEDICO SA DE CV  
RFC: KIT171129HK7

Número de Serie: [REDACTED]  
Fecha de Firma: 21/08/2026 13:25

Certificado:

[REDACTED]

Firma:  
CSm+eG5UlvnM0A+5jnYGVctc0ewBg8m/8guNedWmtLnu5PDIi9fuGvmYXzBvMVMXiFHqo/qrW/kbG+ZYkhxctj0QwSfEv98sXfoPU/DG+fhV7F+QE2ijcSz2UQXHXCVU+Iw94C0ZNXsmYrw87AQ5LyzfqQXkVFF3ZcMstp1hHZVI6NKx4X0a6lx/83QREB1ZIOhrL9+KV7aPrLZcmkJI8KnpbwJsG7iL7zPY0h6PNzv3B14S1iD0Iz8GKHj5/gG5Vmd2zapYIx8TDoQiKrRwfeUKUG4wGunG3iVBSx365ACIZr0hQB0+NXRa3g8jhpuoDT0/zcvBt9GXQrhhb6zypyw==





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

PROVEEDOR: **KITMEDICO, SA DE CV**

| No . | Partida | Zona  | Paquete | OAD    | Clave Presupuesta | Tipo | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                             | Precio Unitario sin IVA |
|------|---------|-------|---------|--------|-------------------|------|--------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.021           | Histerectomía.                                            | \$9,450.00              |
| 2    | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.025           | Laparoscopia de ovario.                                   | \$5,100.00              |
| 3    | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.002           | Apendicectomía laparoscópica adulto.                      | \$9,250.00              |
| 4    | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.006           | Cirugía de quiste hepático adulto.                        | \$9,400.00              |
| 5    | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.010           | Colecistectomía laparoscópica adulto.                     | \$8,300.00              |
| 6    | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.011           | Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.     | \$7,200.00              |
| 7    | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.024           | Laparoscopia con toma de biopsia adulto.                  | \$6,400.00              |
| 8    | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.044           | Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.           | \$8,000.00              |
| 9    | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.04.001           | Cistoscopia adulto.                                       | \$5,250.00              |
| 10   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.04.011           | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. | \$9,500.00              |
| 11   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.04.015           | Uretrotomía interna adulto.                               | \$3,050.00              |
| 12   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.04.016           | Litotricia percutánea.                                    | \$14,800.00             |
| 13   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.04.018           | Litotricia ureteral rígida adulto.                        | \$8,200.00              |
| 14   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.04.019           | Litotricia vesical adulto.                                | \$8,900.00              |
| 15   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.04.020           | Litotricia ureteral flexible adulto (láser).              | \$18,300.00             |
| 16   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.04.021           | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J                | \$5,300.00              |
| 17   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.035           | Nefrectomía adulto.                                       | \$16,800.00             |
| 18   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151      | HGZ  | 10     | Manzanillo       | 10.06.039           | Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto.            | \$13,200.00             |
| 19   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151      | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.002           | Apendicectomía laparoscópica adulto.                      | \$9,250.00              |
| 20   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151      | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.004           | Cirugía de hiato esofágico adulto.                        | \$9,400.00              |
| 21   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151      | HGZ  | 1      | Villa de         | 10.06.006           | Cirugía de quiste                                         | \$9,400.00              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SIZ26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No . | Partida | Zona  | Paquete | OAD    | Clave Presupuestal | Tip o | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                             | Precio Unitario sin IVA |
|------|---------|-------|---------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |         | o     |         | a      | 1                  | Z     |        | Álvarez          |                     | hepático adulto.                                          |                         |
| 22   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.010           | Colecistectomía laparoscópica adulto.                     | \$8,300.00              |
| 23   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.011           | Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.     | \$7,200.00              |
| 24   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.024           | Laparoscopia con toma de biopsia adulto.                  | \$6,400.00              |
| 25   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.026           | Laparoscopia diagnóstica adulto.                          | \$5,245.00              |
| 26   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.044           | Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.           | \$8,000.00              |
| 27   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.056           | Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto.      | \$19,800.00             |
| 28   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.058           | Plastia de hernia diafragmática adulto.                   | \$8,700.00              |
| 29   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.059           | Plastia de hernia ventral.                                | \$8,000.00              |
| 30   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.001           | Cistoscopia adulto.                                       | \$5,250.00              |
| 31   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.011           | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. | \$9,500.00              |
| 32   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.015           | Uretrotomía interna adulto.                               | \$3,050.00              |
| 33   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.016           | Litotricia percutánea.                                    | \$14,800.00             |
| 34   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.018           | Litotricia ureteral rígida adulto.                        | \$8,200.00              |
| 35   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.019           | Litotricia vesical adulto.                                | \$8,900.00              |
| 36   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.020           | Litotricia ureteral flexible adulto (láser).              | \$18,300.00             |
| 37   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.021           | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J                | \$5,300.00              |
| 38   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.035           | Nefrectomía adulto.                                       | \$16,800.00             |
| 39   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.047           | Prostatectomía laparoscópica.                             | \$11,100.00             |
| 40   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.050           | Resección de quiste renal laparoscópico adulto.           | \$9,800.00              |
| 41   | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.22.006           | Panendoscopia con toma de biopsia y                       | \$7,800.00              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el presente documento en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos de los requisitos, técnica y/o contractualmente.

COJ/SJ/DC/2026/0000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No. | Partida | Zona  | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                     | Precio Unitario sin IVA |
|-----|---------|-------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 42  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.001           | cepillado adulto.                                                                                                                 | \$6,900.00              |
| 43  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.002           | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.                                                      | \$4,950.00              |
| 44  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.003           | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.                                              | \$9,300.00              |
| 45  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.004           | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.                                      | \$11,800.00             |
| 46  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.007           | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. | \$14,500.00             |
| 47  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.008           | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar.                                                         | \$2,100.00              |
| 48  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.009           | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.                                                                                | \$14,500.00             |
| 49  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.010           | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto.                             | \$23,450.00             |
| 50  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.015           | Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja.                                    | \$4,700.00              |
| 51  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.020           | Gastrostomía endoscópica adulto.                                                                                                  | \$9,100.00              |
| 52  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.022           | Mucosectomía endoscópica y disección de tubo digestivo.                                                                           | \$2,190.00              |
|     |         |       |         |        |                    |      |        |                  |                     | Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.                                                                              |                         |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuaron sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requerientes, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/00000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No .             | Partida | Zona | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                    | Precio Unitario sin IVA |
|------------------|---------|------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 53               | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.023           | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja. | \$21,000.00             |
| 54               | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.024           | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.           | \$13,400.00             |
| <b>SUB TOTAL</b> |         |      |         |        |                    |      |        |                  |                     |                                                                                                  | <b>\$522,785.00</b>     |

| No . | Partida | Zona | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad        | Clave BCC | BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Precio Unitario sin IVA |
|------|---------|------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 1       | Bajo | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr./ o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. | \$289.00                |
| 2    | 1       | Bajo | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.905 | Set ó equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J" radiopaco de calibres; en el rango de 3.7 fr. a 4.8 fr. X 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$2,300.00              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el presente bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas, requisitos, técnica y/o contratación.



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No. | Partida | Zona  | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                     | Precio Unitario sin IVA |
|-----|---------|-------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.906           | cm. hasta 22 cm.<br>Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía, longitud. 24 cm calibre. 5 fr. catéter ureteral de poliuretano. Radiopaco. Con posicionador. | \$2,100.00              |
| 4   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.907           | Balón dilatador para tracto percutáneo.                                                                                                                                           | \$8,900.00              |
| 5   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.908           | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml. Y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                 | \$150.00                |
| 6   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.909           | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud.                                                                                           | \$490.00                |
| 7   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.910           | Cuchillo recto y de media luna para uretrotomo compatible con el equipo.                                                                                                          | \$2,600.00              |
| 8   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.912           | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm., incluye sistema de inflado.                                                                                             | \$4,800.00              |
| 9   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.913           | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm., de longitud.                                                                                                      | \$3,800.00              |
| 10  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.914           | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                                                                     | \$1,050.00              |
| 11  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.915           | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm., ó 4 mm. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón.                                                   | \$5,900.00              |
| 12  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.916           | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr.                                                                                                                                    | \$9,900.00              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

COJ/SJ/DC26039/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No. | Partida | Zona  | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                               | Precio Unitario sin IVA |
|-----|---------|-------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |         |       |         |        |                    |      |        |                  |                     | (Ureterolito láser flexible).                                                                                                               |                         |
| 13  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.918           | Camisa de acceso ureteral hidrofílica.                                                                                                      | \$4,100.00              |
| 14  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.919           | Juego de dilatadores percutáneos tipo Amplatz de 8 a 30 fr.                                                                                 | \$8,800.00              |
| 15  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.920           | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                                | \$1,050.00              |
| 16  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.921           | Aguja de acceso percutáneo.                                                                                                                 | \$1,650.00              |
| 17  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.922           | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm.                                            | \$8,100.00              |
| 18  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.923           | Electrodo de Vaporización para endourología.                                                                                                | \$3,100.00              |
| 19  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.924           | Catéter con balón de oclusión de 5 a 7 fr. X 75 a 100 cm., de longitud.                                                                     | \$3,800.00              |
| 20  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.04.926           | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr.                                                                                                    | \$710.00                |
| 21  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.902           | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado.            | \$8,100.00              |
| 22  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.903           | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                           | \$5,100.00              |
| 23  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.906           | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla.                                                                                   | \$6,900.00              |
| 24  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.907           | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ ó Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. | \$11,200.00             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DCE/026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No . | Partida | Zona  | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tip o | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                            | Precio Unitario sin IVA |
|------|---------|-------|---------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 25   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.908           | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo.                                                                                                                                                                                                                | \$1,300.00              |
| 26   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.910           | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio.                                                                                                                                                                     | \$2,800.00              |
| 27   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.911           | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano ó mediano/largo.                                                                                                                                                           | \$390.00                |
| 28   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.912           | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente.                                                                                                                                                                                                   | \$2,100.00              |
| 29   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.915           | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                     | \$780.00                |
| 30   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.06.916           | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                      | \$13,400.00             |
| 31   | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.22.902           | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 ó 10 cc., con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. | \$2,400.00              |
| 32   | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.901           | Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o                                                                                                                                                                                          | \$31,000.00             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/JS/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No. | Partida | Zona | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                             | Precio Unitario sin IVA |
|-----|---------|------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |         |      |         |        |                    |      |        |                  |                     | cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento (según tecnología de cada fabricante).                                                                        |                         |
| 33  | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.903           | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm. O equivalente que cumpla la misma función. | \$18,900.00             |
| 34  | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.905           | Prótesis autoexpandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas.                                              | \$14,500.00             |
| 35  | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.906           | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados y resecciones.                                                                                                         | \$8,900.00              |
| 36  | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.907           | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms.                                                                                                                              | \$8,800.00              |
| 37  | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.908           | Prótesis biliar, metálica de nitinol (o cubierta equivalente) totalmente cubierta,                                                                                                                                                        | \$10,500.00             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No . | Partida | Zona | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tip o | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                            | Precio Unitario sin IVA |
|------|---------|------|---------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |         |      |         |        |                    |       |        |                  |                     | autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con introductor de 6 fr., guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud.                                                                                                                                    |                         |
| 38   | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.909           | Prótesis esofágica de 18 mm. de diámetro y 7 a 12 cm., de longitud, con guía.                                                                                                                                                                                            | \$14,300.00             |
| 39   | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.910           | Prótesis ó Stent plástica biliar, precargada o con sistema de liberación, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm.                                                                                                                                              | \$8,000.00              |
| 40   | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.912           | Asa para polipectomía con tres medidas de asa de acuerdo a la tecnología del fabricante, controlable y desechable, de diámetro y de longitud compatible con los Equipos propuestos.                                                                                      | \$1,200.00              |
| 41   | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.913           | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 ó 2.6 mm., de diámetro y 230 a 240 cm., de longitud.                                                                                                                           | \$1,200.00              |
| 42   | 1       | Bajo | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ   | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.914           | Balón para dilatación neumática ,para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm., de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM(o balón de dilatación de acuerdo a la tecnología de cada fabricante y de | \$1,100.00              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No. | Partida | Zona  | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad        | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Precio Unitario sin IVA |
|-----|---------|-------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |         |       |         |        |                    |      |        |                  |                     | acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 43  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.915           | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud.                                                                                                                                                      | \$6,700.00              |
| 44  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.917           | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr.; de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. | \$5,100.00              |
| 45  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.918           | Catéter de ablación con argón híbrida con long de mas de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente.                                                                                                                                            | \$2,100.00              |
| 46  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.919           | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal.                                                                                                                                                                                                                                                   | \$2,400.00              |
| 47  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.920           | Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal.                                                                                                                                                                                                                                           | \$3,900.00              |
| 48  | 1       | Bajío | 2       | Colima | 061411012151       | HGZ  | 1      | Villa de Álvarez | 10.23.923           | Cepillo de citología para vía biliar guiado de al menos 2.1 a 2.5 mm y longitud de 200 a 240 CM.                                                                                                                                                                                                             | \$2,100.00              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requerientes, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No . | Partida | Zona  | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tip o | Número | Localidad  | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Precio Unitario sin IVA |
|------|---------|-------|---------|--------|--------------------|-------|--------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 49   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ   | 10     | Manzanillo | 10.04.904           | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr./ o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. | \$289.00                |
| 50   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ   | 10     | Manzanillo | 10.04.908           | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml. Y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$150.00                |
| 51   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ   | 10     | Manzanillo | 10.04.910           | Cuchillo recto y de media luna para uretrotomo compatible con el equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$2,600.00              |
| 52   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ   | 10     | Manzanillo | 10.04.923           | Electrodo de Vaporización para endourología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$3,100.00              |
| 53   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ   | 10     | Manzanillo | 10.06.910           | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$2,800.00              |
| 54   | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ   | 10     | Manzanillo | 10.06.911           | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$390.00                |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC2026000000203

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No. | Partida | Zona | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad  | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                       | Precio Unitario sin IVA |
|-----|---------|------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |         |      |         |        |                    |      |        |            |                     | desechable, tamaños: mediano ó mediano/largo.                                                                                                       |                         |
| 55  | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.06.915           | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                | \$780.00                |
| 56  | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.06.916           | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | \$13,400.00             |
| 57  | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.06.912           | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente.                                                                              | \$2,100.00              |
| 58  | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.06.902           | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado.                    | \$8,100.00              |
| 59  | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.06.903           | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                   | \$5,100.00              |
| 60  | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.06.906           | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla.                                                                                           | \$6,900.00              |
| 61  | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.06.907           | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ ó Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla.         | \$11,200.00             |
| 62  | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.06.908           | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo.                                                                                           | \$1,300.00              |
| 63  | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.906           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía, longitud. 24 cm                                                                    | \$2,100.00              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas, requisitos, técnica y/o contratación.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No. | Partida | Zona  | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad  | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                                                                   | Precio Unitario sin IVA |
|-----|---------|-------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |         |       |         |        |                    |      |        |            |                     | calibre. 5 fr. catéter ureteral de poliuretano. Radiopaco. Con posicionador.                                                    |                         |
| 64  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.907           | Balón dilatador para tracto percutáneo.                                                                                         | \$8,900.00              |
| 65  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.912           | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm., incluye sistema de inflado.                                           | \$4,800.00              |
| 66  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.913           | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm., de longitud.                                                    | \$3,800.00              |
| 67  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.914           | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                   | \$1,050.00              |
| 68  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.915           | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm., ó 4 mm. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón. | \$5,900.00              |
| 69  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.916           | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr. (Ureterolito láser flexible).                                                    | \$9,900.00              |
| 70  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.918           | Camisa de acceso ureteral hidrofílica.                                                                                          | \$4,100.00              |
| 71  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.919           | Juego de dilatadores percutáneos tipo Amplatz de 8 a 30 fr.                                                                     | \$8,800.00              |
| 72  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.920           | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                    | \$1,050.00              |
| 73  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.921           | Aguja de acceso percutáneo.                                                                                                     | \$1,650.00              |
| 74  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.922           | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm.                                | \$8,100.00              |
| 75  | 1       | Bajío | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.924           | Catéter con balón de oclusión de 5 a 7 fr. X 75 a 100 cm., de longitud.                                                         | \$3,800.00              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 1 (UNO)**  
**"REQUERIMIENTO ASIGNADO"**

| No . | Partida | Zona | Paquete | OOAD   | Clave Presupuestal | Tipo | Número | Localidad  | Clave Procedimiento | PROCEDIMIENTO                                                                           | Precio Unitario sin IVA |
|------|---------|------|---------|--------|--------------------|------|--------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 76   | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.926           | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr.                                                | \$710.00                |
| 77   | 1       | Bajo | 1       | Colima | 060303012151       | HGZ  | 10     | Manzanillo | 10.04.909           | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. | \$490.00                |
|      |         |      |         |        |                    |      |        |            |                     | <b>SUB TOTAL</b>                                                                        | <b>\$392,118.00</b>     |
|      |         |      |         |        |                    |      |        |            |                     | <b>TOTAL (PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO)</b>                                       | <b>\$914,903.00</b>     |
|      |         |      |         |        |                    |      |        |            |                     | <b>IVA</b>                                                                              | <b>\$146,384.48</b>     |
|      |         |      |         |        |                    |      |        |            |                     | <b>TOTAL</b>                                                                            | <b>\$1,061,287.48</b>   |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**SERÁ CONTRATO ABIERTO POR MONTO MINIMO Y MAXIMO POR PAQUETE**

| ASIGNACION POR PAQUETE                                                                                                                                                    | HGZ 1 MIN      | HGZ 1 MÁXIMO   | HGZ 10 MÍNIMO | HGZ 10 MÁXIMO  | OOAD MÍNIMO    | OOAD MÁXIMO    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión. (incluye bienes de consumo complementarios)                                                              | \$1,280,000.00 | \$3,200,000.00 | \$600,000.00  | \$1,500,000.00 | \$1,880,000.00 | \$4,700,000.00 |
| Paquete 2: Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo. Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión. (incluye bienes de consumo complementarios) | \$1,146,203.07 | \$2,865,507.68 | \$ 0.00       | \$ 0.00        | \$1,146,203.07 | \$2,865,507.68 |
| Subtotal                                                                                                                                                                  | \$2,426,203.07 | \$6,065,507.68 | \$600,000.00  | \$1,500,000.00 | \$3,026,203.07 | \$7,565,507.68 |
| IVA                                                                                                                                                                       | \$388,192.49   | \$970,481.23   | \$96,000.00   | \$240,000.00   | \$484,192.49   | \$1,210,481.23 |
| Total                                                                                                                                                                     | \$2,814,395.56 | \$7,035,988.91 | \$696,000.00  | \$1,740,000.00 | \$3,510,395.56 | \$8,775,988.91 |

Los agentes y oficiales de presente documento juraron unidos por la alfombra de servicios jurídicos de la ODDD, ciudad Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, párrafo 1.º y 8.º del Manual de Organización de la Alfombra de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLSJDCDCE/06/000203

La sesión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares que antes requirieron, ítem y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALIZADA REGIONAL COLOMBIA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO FINAT:  
SI26039

ANEXO 1 (UNO)  
"REQUERIMIENTO ASIGNADO"

Importe mínimo del contrato.- \$3, 026,203.07 (tres millones veintiséis mil doscientos tres pesos  
07/100 M. N.) más IVA.

Importe máximo del contrato.- \$7, 565,507.68 (siete millones quinientos sesenta y cinco mil  
quinientos siete pesos 68/100 M. N.) más IVA.

Importe de la fianza.- \$756,550.77 (setecientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta pesos  
77/100 M. N.)

| Nº DE CONTRATO         | PROVEEDOR           | PORCENTAJE DE GARANTIA | IMPORTE MAXIMO SIN IVA | MONTO DE LA GARANTIA | VIGENCIA DEL CONTRATO                                  |
|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 050GYR012N10226-121-00 | KITMEDICO, SA DE CV | 10%                    | \$7,565,507.68         | \$756,550.77         | DEL 21 DE AGOSTO DE 2026<br>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”

# ANEXO TÉCNICO

## Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión.

JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

### Contenido

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. DESCRIPCIÓN AMPLIA DEL SERVICIO.....       | 2  |
| 2. CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS.....            | 4  |
| 3. EQUIPO MÉDICO.....                         | 8  |
| 4. INSTRUMENTAL.....                          | 13 |
| 5. BIENES DE CONSUMO.....                     | 16 |
| 6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO..... | 24 |
| 7. ASISTENCIA TÉCNICA.....                    | 27 |
| 8. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.....        | 31 |
| 9. CONTROL DE PRODUCTIVIDAD.....              | 32 |
| 10. BITÁCORA DE INCIDENCIAS.....              | 32 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procestron y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

## ANEXO TÉCNICO

“En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen el presente ANEXO TÉCNICO para la contratación del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión (SMI para PMI) clave CUCOP 33900012, incisos b), c) y d) del numeral 4.24.3 no son aplicables al servicio, que de conformidad con lo siguiente:” Y al artículo 5 de la LAASSP

## 1. DESCRIPCIÓN AMPLIA DEL SERVICIO

**DEFINICIÓN:**

El Instituto Mexicano del Seguro Social requiere de un “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI), que consisten en un abordaje quirúrgico diferente al acceso tradicional convencional, abierto e invasivo, resultando ser menos agresivo. Estos accesos de mínima invasión se realizan a través de incisiones mínimas (puertos) con la ayuda de equipos médicos tales como laparoscópios, así como de endoscopias, en este caso la vía de acceso es a través de orificios naturales. Al llevarse a cabo estos procedimientos de mínima invasión, permiten ofrecer al paciente, una recuperación en menor tiempo, así como incorporarse a sus actividades laborales prontamente y al Instituto, le permite disminuir días estancia hospitalaria e incapacidades.

El proceso endoscópico permite visualizar y manipular zonas del interior del organismo, las cuales son inaccesibles o difíciles a la observación directa del paciente, y a su vez para llevar a cabo estudios diagnósticos y técnicas terapéuticas con mínima invasión.

Por lo que el “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI) permite a los cirujanos/endoscopistas del Instituto realizar los procedimientos en comento a través de la entrega de: equipo médico, instrumental quirúrgico, bienes de consumo básicos y complementarios, y llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, asistencia técnica, capacitación técnica al personal que designe el Instituto (para el uso de los equipos médicos) así como el reporte mensual de la productividad para la Unidad Médica y para la Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento.

El "Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión" (SMI para PMI) debe de permitir al Instituto otorgar en forma oportuna la realización de procedimientos tanto programados como de urgencia. Este servicio se lleva a cabo durante las tres etapas de los procedimientos quirúrgicos/endoscópicos tales como: preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio.

**Unidad de Medida** La unidad de medida se refiere a un procedimiento realizado ya sea diagnóstico o terapéutico de mínima invasión de acuerdo con el ANEXO T1 “Requerimientos del SMI para PMI”.

Este "Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión" (SMI para PMI) se adjudicará por partida, estableciendo 1 Partida, como se establece a continuación:

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron estudiados por la persona titular de la Jefatura de Especialidades de la ODDD Regional Cuzco en el momento 7.2.1, puntos 1.1, 1.8 del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CUS/PD/C24600000203

COL/SJ/DC/2026/00 **000203**



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| SMI PARA PMI CONFORMADO 3 PAQUETES                               | PARTIDAS |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión. | 1        |
| Paquete 2: Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo.     | 1        |
| Paquete 5: Procedimientos Funcionales Digestivos.                | 1        |

Para la presentación de sus proposiciones, los licitantes deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en el presente Anexo Técnico y Términos y Condiciones, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que se están ofertando, debiendo el licitante garantizar la correcta prestación del servicio médico integral.

**Mínimos y Máximos por número de procedimientos por OOAD/UMAE:**

|            |           | 2026   |        |
|------------|-----------|--------|--------|
| Progresivo | OOAD/UMAE | Mínimo | Máximo |
| 1          | Colima    | 746    | 1,859  |

**2. CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS**

La conformación del “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI) se contemplan procedimientos agrupados en Tres (3) Paquetes, dentro de los cuales se consideran los requerimientos para cada una de las Unidades Médicas establecidas en el ANEXO T1” Requerimientos de SMI para PMI, mismos que se enlistan en el siguiente “Catálogo de Procedimientos”; identificados por clave y nombre del procedimiento, como se muestra en la siguiente tabla:

| CLAVE     | Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.02.003 | Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto.     |
| 10.02.004 | Cirugía endoscópica de oído medio adulto.                                                  |
| 10.02.103 | Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica. |
| 10.02.104 | Cirugía endoscópica de oído medio pediátrica.                                              |
| 10.03.001 | Histeroscopia básica.                                                                      |
| 10.03.002 | Histeroscopia operatoria.                                                                  |
| 10.04.001 | Cistoscopia adulto.                                                                        |
| 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.                                  |
| 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto.                                                                |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DCE/026/000/000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| CLAVE     | Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 10.04.016 | Litotricia percutánea.                                          |
| 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto.                              |
| 10.04.019 | Litotricia vesical adulto.                                      |
| 10.04.020 | Litotricia ureteral flexible adulto (láser).                    |
| 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J                      |
| 10.04.101 | Cistoscopia pediátrica.                                         |
| 10.04.115 | Uretrotomía interna pediátrica.                                 |
| 10.04.117 | Litotricia pielocalicial pediátrica.                            |
| 10.04.118 | Litotricia ureteral pediátrica.                                 |
| 10.04.119 | Litotricia vesical pediátrica.                                  |
| 10.04.121 | Cistoscopia pediátrica. Para retiro de catéter Doble J          |
| 10.06.001 | Ablación y resección de endometriosis por laparoscopia.         |
| 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto.                            |
| 10.06.003 | Bypass gástrico.                                                |
| 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto.                              |
| 10.06.006 | Cirugía de quiste hepático adulto.                              |
| 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto.                           |
| 10.06.011 | Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.           |
| 10.06.013 | Colectomía no asistida.                                         |
| 10.06.017 | Esplenectomía no asistida adulto.                               |
| 10.06.021 | Histerectomía.                                                  |
| 10.06.024 | Laparoscopia con toma de biopsia adulto.                        |
| 10.06.025 | Laparoscopia de ovario.                                         |
| 10.06.026 | Laparoscopia diagnóstica adulto.                                |
| 10.06.027 | Laparoscopia etapificadora para cáncer ginecológico.            |
| 10.06.028 | Laparoscopia para embarazo ectópico.                            |
| 10.06.032 | Manga gástrica.                                                 |
| 10.06.033 | Miomectomía.                                                    |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procectencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contractante.

CO/JS/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| CLAVE     | Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.06.035 | Nefrectomía adulto.                                                                    |
| 10.06.039 | Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto.                                         |
| 10.06.044 | Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.                                        |
| 10.06.047 | Prostatectomía laparoscópica.                                                          |
| 10.06.050 | Resección de quiste renal laparoscópico adulto.                                        |
| 10.06.053 | Suprarenalectomía no asistida.                                                         |
| 10.06.055 | Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto.                               |
| 10.06.056 | Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto.                                   |
| 10.06.058 | Plastia de hernia diafragmática adulto.                                                |
| 10.06.059 | Plastia de hernia ventral.                                                             |
| 10.06.060 | Pieloplastia adulto.                                                                   |
| 10.06.061 | Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto.                                       |
| 10.06.102 | Apendicectomía laparoscópica pediátrica.                                               |
| 10.06.104 | Cirugía de hiato esofágico pediátrica.                                                 |
| 10.06.106 | Cirugía de quiste hepático pediátrico.                                                 |
| 10.06.110 | Colecistectomía laparoscópica pediátrica.                                              |
| 10.06.111 | Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica.                              |
| 10.06.114 | Criptorquidia abdominal.                                                               |
| 10.06.117 | Esplenectomía no asistida pediátrica.                                                  |
| 10.06.124 | Laparoscopia con toma de biopsia pediátrica.                                           |
| 10.06.126 | Laparoscopia diagnóstica pediátrica.                                                   |
| 10.06.135 | Nefrectomía pediátrica.                                                                |
| 10.06.139 | Pieloureterolitotomía por laparoscopia pediátrica.                                     |
| 10.06.150 | Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico.                                    |
| 10.06.155 | Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica.                           |
| 10.06.156 | Laparoscopia con resección de tubo digestivo pediátrica.                               |
| 10.06.157 | Laparoscopia con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo pediátrica. |
| 10.06.158 | Plastia de hernia diafragmática pediátrica.                                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por el personal titular de la Oficina de Servicios Jurídicos de la OODD regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.2.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Oficina de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

**COU/SJC/DC/2026/6-000203**

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la compraventa, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares que antes, éstos y/o contrario.

COL/SJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| CLAVE     | Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 10.06.160 | Pieloplastia pediátrica.                                            |
| 10.06.161 | Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico.                |
| 10.07.101 | Toracoscopia con corrección de malformaciones congénitas torácicas. |
| 10.07.102 | Toracoscopia diagnóstica.                                           |
| 10.07.103 | Toracoscopia diagnóstica con toma de biopsia.                       |

| CLAVE     | Paquete 2: Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.21.002 | Broncoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.                                                                              |
| 10.21.004 | Dilataciones traqueales O bronquiales adulto.                                                                                     |
| 10.21.005 | Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio adulto.                                                                         |
| 10.21.102 | Broncoscopia con toma de biopsia y cepillado pediátrica.                                                                          |
| 10.21.104 | Dilataciones traqueales o bronquiales pediátrica.                                                                                 |
| 10.21.105 | Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio pediátrica.                                                                     |
| 10.22.002 | Colonoscopia con toma de biopsia adulto.                                                                                          |
| 10.22.003 | Enteroscopia.                                                                                                                     |
| 10.22.006 | Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.                                                                             |
| 10.22.009 | Ultrasonido endoscópico de tubo digestivo.                                                                                        |
| 10.22.102 | Colonoscopia con toma de biopsia pediátrica.                                                                                      |
| 10.22.106 | Panendoscopia con toma de biopsia y/o cepillado pediátrica.                                                                       |
| 10.23.001 | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.                                                      |
| 10.23.002 | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.                                              |
| 10.23.003 | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.                                      |
| 10.23.004 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 10.23.007 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar.                                                         |
| 10.23.008 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.                                                                                |
| 10.23.009 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto.                             |
| 10.23.010 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja.                                    |
| 10.23.013 | Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.                                                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| CLAVE     | Paquete 2: Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.23.015 | Gastrostomía endoscópica adulto.                                                                                                     |
| 10.23.020 | Mucosectomía endoscópica y disección de tubo digestivo.                                                                              |
| 10.23.022 | Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.                                                                                 |
| 10.23.023 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja.                                     |
| 10.23.024 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.                                               |
| 10.23.025 | Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático.                                                                                     |
| 10.23.101 | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales pediátrica.                                                      |
| 10.23.102 | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas con escleroterapia pediátrica.                          |
| 10.23.103 | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales pediátrica.                                     |
| 10.23.104 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica. |
| 10.23.108 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica.                                                                               |
| 10.23.109 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática, básica pediátrica.                         |
| 10.23.113 | Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica.                                                             |
| 10.23.115 | Gastrostomía endoscópica pediátrica.                                                                                                 |
| 10.23.122 | Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica.                                                                             |
| 10.23.124 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica.                                           |

| CLAVE     | PAQUETE 5 Pruebas funcionales digestivas       |
|-----------|------------------------------------------------|
| 10.22.004 | Manometría de alta resolución anorrectal.      |
| 10.22.005 | Manometría de alta resolución esofágica.       |
| 10.22.007 | pHmetría de tubo digestivo superior            |
| 10.22.008 | Phmetría con impedancia.                       |
| 10.22.107 | pHmetría de tubo digestivo superior pediátrica |
| 10.22.108 | Phmetría con impedancia pediátrica.            |

**3. EQUIPO MÉDICO.**

Se requiere Equipo Médico para las Unidades Hospitalarias de las OOAD y Unidades Médicas de Alta Especialidad, que aseguren la realización de los procedimientos para Mínima Invasión, para lo cual se requiere de equipos nuevos





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

o usados estos últimos de no más de 5 años cero meses de fabricación, cubriendo la vigencia del contrato, que deberán cumplir las especificaciones que se establecen en el ANEXO T2 "Equipo Médico de SMI para PMI", que serán evaluados con el Formato T21 "PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL", contenida en los "Formatos de SMI para PMI".

La entrega, instalación y puesta en operación del equipo médico, conforme a cada una de las partidas adjudicadas, por el licitante adjudicado, deberá realizarse dentro de los siete (7) días naturales, siguientes, contados a partir del día siguiente a la emisión y notificación del fallo correspondiente, en cualquiera de las unidades médicas que correspondan, en base a la distribución establecida en el ANEXO T11 "Distribución de Equipo Médico, Instrumental y Técnicos del SMI para PMI".

Los licitantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta; los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los equipos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado (en concordancia a lo establecido en el numeral 4.2.3 de los Términos y Condiciones).

Los licitantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta el FORMATO T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 5 años cero meses de fabricación", no mayor a 5 (cinco) años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta y cuentan con bitácora de servicio de mantenimiento del equipo (en concordancia a lo establecido en el numeral 4.2.7 de los Términos y Condiciones), una vez adjudicado presentará copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que haya ofertado o copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado si son nuevos (en concordancia a lo establecido en los Términos y Condiciones) dentro de los 7 (siete) días hábiles, posteriores a la emisión y notificación del fallo.

Los licitantes una vez que sean adjudicados deberán entregar al Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de la Unidad Médica, la descripción de los equipos médicos que utilizarán para la prestación del servicio, así como el manual del fabricante en idioma español, dentro de los 7 (siete) días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo y antes de la Transferencia de conocimientos al personal, a través del Formato T17 "Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico", contenida en "Formatos de SMI para PMI", que tendrán que ser los mismos que fueron evaluados y aceptados de su propuesta técnica.

No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas "Only Export" ni "Only Investigation", descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food & Drug Administration FDA y/o la Comunidad Económica Europea CEE, según corresponda.

El Instituto facilitará al licitante adjudicado, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores, a la emisión del fallo, un espacio físico accesible al área de Quirófanos de la Unidad Médica, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo, instrumental y bienes de consumo propiedad del proveedor, con el que proporcionará el SMI para PMI, durante la vigencia del contrato.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

Para el funcionamiento óptimo del equipo, se deberán considerar las adecuaciones que se requieran, sin que afecten la estructura del lugar y sin generar un costo adicional para el Instituto.

La instalación y puesta a punto de los equipos médicos solicitados para la prestación del SMI para PMI, será de estricta responsabilidad del licitante adjudicado y del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Coordinador Clínico de la Unidad Médica o Administrador de la Unidad Médica, cuya verificación en las condiciones de operación adecuada del equipo médico, será a cargo del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o del Jefe de Conservación por parte de la Unidad Médica.

Para lo cual, se deberá firmar lo contenido en el FORMATO T7 "Entrega/Recepción de Equipos" con esto se realizará la entrega recepción de los equipos médicos de manera oficial, ya que en caso de que exista alguna inconsistencia en el equipo y no se encuentre en su plena capacidad de funcionamiento, se levantará "Acta Informativa" para dar constancia de los motivos y razones de "No aceptación" en la entrega-recepción, considerándose como notificado el Proveedor a partir de ese momento, para lo cual deberá subsanar las deficiencias o motivos señalados del rechazo del equipo médico en un término máximo de 48 horas, con la finalidad de asegurar la puesta a punto dentro de los 7 ( siete) días naturales y el inicio del servicio al 8 (octavo) días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo.

**3.1 SUPERVISOR DE OPERACIONES.**

El licitante asignará un Supervisor de Operaciones que será el responsable de dar seguimiento a las acciones solicitadas en el Plan de Trabajo FORMATO T0 PROGRAMA DE TRABAJO, de acuerdo con el contenido del FORMATO T19 "DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OPERACIONES", con la finalidad que se dé cumplimiento en tiempo y forma a las actividades establecidas en el programa de trabajo, como será: afinar los detalles de la integración técnica del plan de trabajo con la unidad médica, coordinar las acciones pertinentes en lo referente a la entrega, instalación y puesta en marcha y operación del equipo médico, el instrumental y los bienes de consumo básicos y complementarios para el inicio de la prestación del servicio.

Así como, la coordinación, supervisión, revisión y verificación de aquellos aspectos que estén relacionados con la operación, el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los dispositivos médicos y demás operaciones de tipo administrativo y de vinculación con la unidad médica, objeto del presente servicio.

Por consiguiente, toda vez que se conozca a la empresa adjudicada esta deberá informar por escrito al Administrador del Contrato, en un plazo no mayor de 48 horas en días hábiles contadas a partir del día siguiente a la emisión y notificación del fallo, la designación del Supervisor de Operaciones, deberá realizarse a través del FORMATO T19 "DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OPERACIONES" en congruencia a lo manifestado en la presentación del currículo y la estructura organizacional del licitante, que deberá coordinar estas acciones en las Unidades Médicas asignadas, para que el servicio se preste a entera satisfacción del Instituto.

Por otro lado, las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en marcha y operación del servicio, no imputables al licitante adjudicado deberá reportarlo por escrito, a partir del tercer día

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos de los derechos requeridos, técnicos y/o contractuales.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

natural al Administrador del Contrato, adjuntando los elementos que sean indispensables en su acreditación, para lo cual la Convocante evaluará su procedencia, a fin de estar en condiciones de pronunciarse según corresponda, cuando las causas que generaron el retraso en la entrega recepción queden resueltas.

Por otra parte, se le facilitará al proveedor un espacio físico preferentemente accesible al área de quirófanos de la Unidad Médica, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo e insumos propiedad del proveedor, con el que proporcionará el SMI para PMI, durante la vigencia del contrato.

Una vez concluidos los trabajos de la instalación y puesta en uso de los equipos médicos y del instrumental, el administrador del contrato formalizará la entrega recepción de los equipos conforme al FORMATO T7 "Entrega/Recepción de Equipos", debiendo estar validados por ambas partes, con lo que se oficializa la Entrega recepción.

La empresa adjudicada deberá presentar el Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel (DAN) mediante el FORMATO T25, para los endoscopios, que utilizará para la prestación del servicio en las unidades institucionales y formará parte de la Metodología de su Plan. La empresa deberá acreditar por medio de escrito en formato libre, en hoja membretada firmado por su representante legal que sus técnicos en asistencia en procedimientos de mínima invasión conocen y saben llevar a cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios.

Este Manual del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización en congruencia con lo presentado en numeral 4.2.19 inciso f) de los términos y condiciones deberá presentarse al jefe o responsable del Servicio de Procedimientos de mínima invasión para su revisión y aprobación, y estar disponible en cada unidad donde se preste el servicio con endoscopios y será acorde con las medidas establecidas por el Comité Local de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

Las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en operación del servicio, no imputables al licitante, deberá reportarlo por escrito a más tardar el tercer día natural de tener conocimiento al Administrador del Contrato, adjuntando su acreditación, para lo cual el Área Requiriente evaluará su procedencia con la finalidad de estar en condiciones de pronunciarse según corresponda, y recibir el equipo médico cuando las causas que generaron el retraso en la recepción queden resueltas.

### 3.2 Equipo Médico Itinerante

Equipo Médico Itinerante, entendiéndose como aquel equipo que puede ofertar el licitante y que tiene la posibilidad de trasladarlo entre las unidades médicas que se encuentren en la (o las) partida(s) y con la posibilidad de maximizar su uso en una sede distinta a la del origen, siempre y cuando se encuentren dentro del mismo OOAD, y que por razones de baja productividad o de apoyo para la realización de jornadas médicas de atención quirúrgica, sea necesario trasladarse o moverse a otra sede, sin necesidad de que se encuentre permanentemente en una sola unidad médica, según el equipo médico que se tenga contratado en la prestación del servicio del OOAD correspondiente, estos equipos pueden ser los siguientes:

Torres de visualización básica:

Insuflador

Capnografo

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

Unidad de electrocirugía para endoscopia  
Bisturí ultrasónico.  
Equipo para sellado de vasos.  
Litotriptor neumático  
Laser quirúrgico de Holmio.  
Microdebridador eléctrico para oído y nariz.  
Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto.  
VideogastroscoPIO.  
VideocolonoscoPIO.  
Unidad de electrocirugía para endoscopia.  
Procedimientos Funcionales Digestivos

En su propuesta técnica, los licitantes deberán presentar las marcas y modelos de los equipos médicos que utilizarán para la prestación del servicio, para su evaluación en el FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA/DOCUMENTAL" (presentar formato en PDF y Excel editable).

En caso de ser adjudicado, el licitante deberá entregar los manuales de usuario en idioma español, y los cuales deberán corresponder con el equipo médico que es aceptado en la presente licitación, de acuerdo a la Unidad Médica y partida correspondiente, relacionada en el FORMATO T17 "RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DEL EQUIPO MÉDICO".

Cabe mencionar que no se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas "Only Export" ni "Only Investigation", equipos discontinuados o en estado de obsolescencia mayor a los 5 años de fabricación o cuyo uso no se autorice en el país de origen, que cuenten con alertas sanitarias o avisos por parte de las Autoridades Sanitarias en México (COFEPRIS), Estados Unidos (FDA) y la Comunidad Económica Europea (CE), incluyendo la de aquellos países con los cuales México tiene un Tratado de Libre Comercio.

### 3.3 MEJORAS TECNOLÓGICAS DE EQUIPO.

En caso de que, durante la vigencia del contrato, existan mejoras tecnológicas acorde con los servicios contratados, sin que se incremente el Precio Unitario, el proveedor podrá proponer al Administrador del Contrato donde se prestan los servicios, el cambio o actualización de los equipos, el instrumental y/o los bienes de consumo señalados; así como del software de los equipos, acompañando a la solicitud, los registros sanitarios de los equipos e insumos que lo requieran para su evaluación, validación y autorización por parte del Jefe de Servicios de Procedimientos de mínima invasión de la UMAE/OOAD, de considerar viable la propuesta por parte del proveedor, se procederá a realizar el cambio o actualización de los equipos y a suministrar los consumibles y en su caso, el software; así como otorgar la capacitación específica sobre esta tecnología de innovación al personal del Instituto que lo requiera sin costo adicional, retirando el o los equipos que haya instalado una vez que se tengan en la Unidad los nuevos (de innovación) con actualización del Formato T7 "Entrega/ Recepción de equipos" y sin afectar la continuidad de la prestación del servicio.

Lo anterior previa presentación de la documentación y especificaciones técnicas a la UMAE u OOAD, la cual revisará, analizará y autorizará dicho cambio tecnológico, sin que lo anterior modifique el precio unitario de los procedimientos.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**3.4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO".**

Para la documentación requerida, deberá considerar las Normas oficiales tanto Mexicanas como Internacionales o Especificación Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES).

El licitante deberá presentar como parte de su propuesta técnica el FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" (presentar formato en PDF y Excel editable), incluyendo copia simple de los registros sanitarios en anverso y reverso, vigentes expedido por la COFEPRIS, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:  
Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

Copia simple del "Comprobante de Trámite de Prórroga", en el que se acredite el trámite de prórroga del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la "Constancia de Prórroga" emitida por la COFEPRIS, donde se especifique plenamente el número de Registro Sanitario, así como la fecha de vigencia otorgada.

Nota: no son válidas "consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas" a COFEPRIS sin su respuesta, en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

En el caso de que algún equipo de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o deberá presentar Carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario.

Del Equipo Médico ofertado deberá presentar como parte de su propuesta técnica copia simple de los Certificados de Calidad ISO-13485:2016 en Sistemas de Gestión de Calidad aplicable para Dispositivos Médicos a nombre del fabricante o copia simple del certificado FDA, CCE o CE, vigente, en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español de al menos el 80% del 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios que oferte por partida en su propuesta técnica, debidamente referenciadas donde se cite el equipo, FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL" (presentar formato en PDF y Excel editable).

Asimismo, el licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del contrato, se compromete a entregar, a más tardar, a los cinco días naturales siguientes al acto del fallo, la relación del 20% correspondiente del 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios ofertados por partida que no hubiese entregado de los certificados de calidad, mismos que deberá presentar en su propuesta técnica en el Formato T33

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

CO/SJ/DC/2026/000/000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dnos. requisitos, técnica y/o contratante.

IMSS



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**


**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

"Relación del 80% de Certificados de Calidad de equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios", en el cual se enlista el equipamiento que requiere de la presentación de Certificados de Calidad y previo a la firma del contrato entregará dentro de los 5 (cinco) días naturales contados al día siguiente de la emisión del fallo, a la Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento, la copia simple de dichos Certificados de Calidad.

Ejemplo: Propuesta Técnica/documental, Formato (T21)

Nombre de la carpeta: "EQUIPOS"

Contenido de la carpeta:



**EJEMPLO:**

1 Unidad de electrocoagulación.

Folleto o catálogo o referencia gráfica o manual (completo)

Registro sanitario vigente, o prorroga del registro o carta COFEPRIS que no requiere Reg. SSA o DOF de bienes que no requieren Reg. SSA

Certificado de calidad ISO-13485:2016 o FDA o CCEE o JIS o MDSAP o su equivalente por la Autoridad Sanitaria del país de origen, vigente a nombre del fabricante de los bienes. \*

\*En atención al inciso e) del numeral 4.24.3 de POBALINES.

- ASISTENCIA TÉCNICA ASIGNACIÓN DE TÉCNICOS POR PARTIDA

| Partida | Suma de Cantidad de técnicos en sitio por turno                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Paquete 1 (2 técnicos para HGZ No. 1 y HGZ No. 10)<br>Paquete 2 (1 técnico para el HGZ No. 1)<br>Paquete 3 (1 técnico para el HGZ No. 1) |

**4. INSTRUMENTAL.**

En el ANEXO T3 "Instrumental de SMI para PMI", se describen los sets de instrumental para las unidades médicas que la empresa deberá suministrar, mediante el FORMATO T7.1 "Entrega/Recepción de Sets de instrumental" a más tardar el día 5 (cinco) natural a partir de la emisión del fallo para llevar a cabo los procedimientos contenidos en el Catálogo de Procedimientos en el OOAD/UMAE, las cuales se encuentran desagregadas por Unidad Médica en el ANEXO T1 "Requerimientos de SMI para PMI", que forma parte del presente documento.

La distribución del instrumental debe apegarse a lo descrito en el ANEXO T11 "Distribución de Equipo e Instrumental de SMI para PMI".

En el caso de instrumental, ya se ha considerado en los rangos una variación de +/- 10(diez) % en las medidas de acuerdo con lo dispuesto en el Catálogo Nacional de Insumos para la Salud vigente. Las medidas del instrumental que no puedan ser referenciadas en catálogos, podrán ser acreditadas mediante

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

copia simple de carta apostillada del fabricante que confirme que las medidas solicitadas son equivalentes a las referenciadas en el catálogo y presentadas en la Propuesta Técnica, o copia simple de carta del fabricante o distribuidor/propietario del registro sanitario, bajo protesta de decir verdad. El instrumental deberá ser acorde (longitud y diámetro) a la constitución y complejidad de los pacientes: adultos y pediátricos, así como al tipo de procedimiento programado.

Aquellas características de instrumental referidas a nombres propios, no referenciadas en los catálogos podrán ser acreditadas mediante referencia gráfica.

Para garantizar la continuidad del servicio, se requiere que el licitante se comprometa a dar cumplimiento al "Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental" establecido en el punto 6 del presente documento, cuyo control se realizará a través del FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL, el cual llevará la firma de conformidad del Jefe del Servicio de Cirugía, o Endoscopia, Jefe de Conservación y Representante del Proveedor y formará parte de la Metodología del Plan de Trabajo y de no llevarse a cabo o realizarse en forma deficiente, se aplicará según corresponda, lo contenido en el numeral 9° PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES" de los Términos y Condiciones.

El Programa de Mantenimiento correctivo o reemplazo oportuno del instrumental endoscópico, se dará conforme al uso y condiciones del instrumental, con una planeación de reemplazo de aquellas piezas que estén deterioradas, de inmediato si existe falla durante un procedimiento o en 48 horas después de haber levantado el cirujano un reporte con aval del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Divisionario de Endoscopia

El instrumental reusable deberá ser reemplazado conforme al desgaste por uso o por deficiencia en la funcionalidad y ser estrictamente compatibles con los endoscopios ofertados, lo cual se registrará mediante el FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL. Sin costo adicional para el Instituto.

El licitante deberá presentar el Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel (DAN) mediante el FORMATO T25 MANUAL DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN), para el instrumental reusable, que utilizará para la prestación del servicio en las unidades institucionales y formará parte de la Metodología de su Plan Trabajo. El licitante deberá acreditar por medio de carta membretada de la empresa, firmadas por el representante legal que sus técnicos en asistencia en Procedimientos de mínima invasión conocen y saben llevar a cabo el procedimiento de desinfección de instrumental reusable.

Este Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización, deberá presentarse al Jefe o Responsable del Servicio de Procedimientos de Mínima Invasión con uso de endoscopios para su revisión y aprobación, durante la transferencias de conocimientos dentro de los 7 (siete) días naturales a partir de la emisión del fallo y estar disponible en cada unidad de donde se preste el servicio y será acorde con las medidas establecidas

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

por el Comité Local de Infecciones, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

**Documentación requerida del instrumental contenido en el ANEXO T3 “Instrumental de SMI para PMI”:**

Para la documentación requerida, deberá considerar las Normas oficiales tanto Mexicanas como Internacionales o Especificación Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES) y anexar lo siguiente:

**4.1.1** El licitante deberá presentar como parte de su propuesta técnica el FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" (presentar formato en PDF y Excel editable). Incluyendo copia simple de los registros sanitarios en anverso y reverso, vigentes expedido por la COFEPRIS, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

Copia simple del "Comprobante de Trámite de Prórroga", en el que se acredite el trámite de prórroga del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la "Constancia de Prórroga" emitida por la COFEPRIS, donde se especifique plenamente el número de Registro Sanitario, así como la fecha de vigencia otorgada

Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta, en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

En el caso de que algún instrumental de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIIS en la que se indique que no requiere registro sanitario.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y en caso de estar en idioma diferente al español tendrá que presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Para efectos de evaluación se requiere presentar el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica del instrumental, y en caso de estar en idioma del país de origen, deberá presentar su traducción simple al español, aceptando únicamente la Portada del documento sustento de la referencia, así como la página donde se encuentre la especificación y/o característica técnica solicitada, conforme a lo establecido en el ANEXO T3 “Instrumental del SMI para PMI””, y en el FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar FORMATO en PDF y Excel editable)

Del Instrumental ofertado deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los Certificados de Calidad ISO-13485:2016 en Sistemas de Gestión de Calidad aplicable a nombre del fabricante o copia simple del certificado FDA, CCE o CE vigente, en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español de al menos el 80% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios que oferte en su

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni se realiza sobre la procedencia y/o actualidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos ni rates equitativos, técnico y contable.

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO









**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

En este apartado se describen los bienes de consumo básicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los procedimientos del SMI de PMI y se describen en el ANEXO T4 "Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI" del presente documento, que el proveedor deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el ANEXO T 12 "Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI".

El licitante adjudicado deberá tener a disposición la primera entrega de bienes de consumo básicos y complementarios, debiendo entregarse a más tardar dentro del día 5 (cinco) natural posterior a la emisión del fallo, en cada una de las Unidades Médicas, según ANEXO T 12 "Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI", y se hará constar en el FORMATO T13 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básico", y FORMATO T18 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios" para control interno de la Unidad Médica. Este control no representa ninguna responsabilidad de resguardo de insumos o considerarse para fines de facturación y pago para el Instituto.

Las dotaciones subsecuentes de los bienes de consumo básicos y complementarios se efectuará por lo menos 7 días naturales antes de la fecha de programación de los procedimientos, la cual corresponderá al consumo estimado de estos días conforme a lo establecido en el FORMATO T13 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básico", y FORMATO T18 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios" Se deberá garantizar la disponibilidad de los bienes de consumo básicos y complementarios en condiciones óptimas de envase, embalaje a prueba de humedad y de polvo, con el fin de preservar la esterilidad, calidad y condiciones adecuadas durante el transporte y el almacenaje y deberán contener en idioma español la siguiente información:

- Descripción completa del bien de consumo (marca y lote)
- Cantidad
- Fecha de fabricación y caducidad
- País de origen del bien de consumo
- Condiciones de almacenamiento

Los bienes de consumo deberán ser estrictamente compatibles con el equipo médico relacionado y entre sí, para el desarrollo y cumplimiento de la técnica en mínima invasión o endoscópica, estos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de control de calidad requeridas para la prestación del servicio a fin de obtener resultados de calidad y seguridad para el paciente. Estos deberán ser entregados en las Unidades Médicas de acuerdo con el ANEXO T 12 "Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI".

El jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía/Endoscopia, verificará la cantidad, fecha de fabricación y caducidad, país de origen del bien de consumo y condiciones de almacenamiento, así como la existencia del inventario o stock de los bienes de consumo, de manera aleatoria por lo menos una vez a la semana, a fin de garantizar la realización de los procedimientos programados en ese mismo lapso. Esta verificación de inventario no deberá ser considerada para efectos de facturación y pago del licitante; así mismo, se deberá asegurar un stock de insumos con el que deban contar las unidades ante una eventualidad de algún procedimiento.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

En el caso de pacientes fuera de programación, estos deberán ser considerados en el stock, el cual deberá ser calculado en coordinación y de mutuo acuerdo con el jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía/Endoscopia y el licitante, tomando en cuenta la productividad, tendencia e histórico de servicios integrales en años previos.

El licitante entregará 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento, a través de su técnico, el instrumental y los bienes de consumo del inventario existente en la Unidad Médica de que se trate, estériles, completos y requeridos para los procedimientos contratados, conforme al ANEXO T4 “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI”. Lo anterior en el entendido de que cada unidad contará con un stock suficiente según lo solicitado en los párrafos previos.

Si por causas imputables al proveedor se diera la cancelación de algún procedimiento programado, por falta de Bienes de consumo Básicos o complementarios se reprogramará y se realizará sin costo para el Instituto. Dicha incidencia se hará constar en la Bitácora de Visitas del Supervisor y en el FORMATO T16 “Reporte de Incidencias”.

Si alguno de los bienes de consumo básico o complementario presentara alguna falla o defecto, el proveedor deberá sustituirlo de inmediato por otro de iguales características y calidad a las requeridas, sin repercutir en el costo del procedimiento.

En el ANEXO T4, “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” en el caso de los números progresivos unificados con varios insumos se debe de entender que es uno u otro a elección del médico, el bien de consumo a utilizar, y en la cantidad especificada en la columna derecha, por ejemplo:

| No | Descripción                                                                                                                             | Cantidad                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1a | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de 20 a 24 fr. Con accesorios para colocación.                                              | 1 (uno) a elección del médico |
| 1b | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar, 20 fr. Por método de tracción y accesorios para colocación. |                               |
| 1c | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar, 24 fr. Por método de tracción y accesorios para colocación. |                               |

Para el ejemplo siguiente: en el caso de los números progresivos unificados en donde se señale que la cantidad es 2 (dos) se debe permitir la combinación solicitada por el médico, sin rebasar la cantidad especificada en esta columna.

| No | Descripción                                                                                                                                       | Cantidad                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1a | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 23 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 2400 mm. O | 2 (dos) elecciones del médico |
| 1b | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 2400 mm. O |                               |
| 1c | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 23 G; extensión máxima de 4 mm.                                                                 |                               |

La revisión jurídica se efectúa sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni se realiza sobre la procedencia y/o actualidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos ni rates equitativos, técnico y/o contable.

Los jueces jurados del presente caso fueron reunidos por el personal titular de la pluma de servicios jurídicos de la OOD Regional Cuzco, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.2.1, punto 1.8 del Manual de Organización de la pluma de servicios jurídicos con base en la revisión realizada por el personal titular del Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró se registró bajo el folio:

COLJ/DC2026/00000203

COL/SJ/DC/2026/00 **000203**

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| No | Descripción                                                                  | Cantidad |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | Catéter con diámetro externo de 1.6 a 1.8 mm., longitud de 2000 a 2400 mm.   |          |
| 2  | Clip para hemostasia endoscópica diversos diámetros de apertura y longitudes | 3        |

**5.1 Para la documentación requerida, deberá considerar lo siguiente:**

**5.1.1** Para la documentación requerida, deberá considerar las Normas oficiales tanto mexicanas como Internacionales o Especificación Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES) y anexar lo siguiente:

El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de al menos el 80% del 100% de los registros sanitarios del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios ofertados por partida, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Cuando un bien no requiera registro sanitario, se aceptará como alternativas: a) carta de COFEPRIS que indique que no lo requiere, o b) copia simple, debidamente referenciada, del "Listados de dispositivos médicos considerados como de bajo riesgo que requieren registro sanitario, los que no requieren registro sanitario, y de aquellos productos que, por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario." publicado en el DOF el 07 de julio de 2025.

Asimismo, el licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar, a más tardar, a los cinco días naturales siguientes al acto del fallo, los Registros Sanitarios del 20% restante y correspondiente al 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios, ofertados por partida, durante el proceso de licitación. Dicho escrito deberá estar debidamente firmado por el representante legal del licitante (o el representante común en caso de participación conjunta). Para lo cual, los Registros Sanitarios del porcentaje aquí señalado deberán ser entregados dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados al día siguiente de la emisión y notificación del fallo, a la Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento, en copia simple, mismos que cumplirán con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente apartado.

Adicionalmente, en su propuesta técnica deberá presentar el Formato T32 "Relación del 80% de registros sanitarios del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básico y complementario", en el cual se enlista los Registros Sanitarios del equipo, instrumental y bienes de consumo básico y complementario, ofertados por partida, considerados para ser entregados de conformidad al párrafo anterior.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, del equipo médico contenido en el Anexo T2." Equipo médico de SMI para PMI", Anexo T3 "Instrumental de SMI para PMI", Anexo T4"

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI", conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
- Copia simple del "Comprobante de Trámite de Prórroga", en el que se acredite el trámite de prórroga del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la "Constancia de Prórroga" emitida por la COFEPRIS, donde se especifique plenamente el número de Registro Sanitario, así como la fecha de vigencia otorgada

Nota: no son válidas "consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas" a COFEPRIS sin su respuesta, en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

En el caso de que algún equipo, instrumental y/o bienes de consumo (básico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español tendrá que presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

**5.1.2** Para efectos de evaluación se requiere presentar el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica de los Bienes de Consumo, y en caso de estar en idioma del país de origen, deberá presentar su traducción simple al español, aceptando únicamente la Portada del documento sustento de la referencia, así como la página donde se encuentre la especificación y/o característica técnica solicitada, conforme a lo establecido en el ANEXO T4 "Bienes de Consumo del SMI para PMI", y en el FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL" (presentar FORMATO en PDF y Excel editable).

De los Bienes de Consumo ofertados deberá presentar como parte de su propuesta técnica, copia simple de los Certificados de Calidad ISO-13485:2016 en Sistemas de Gestión de Calidad aplicable a nombre del fabricante o copia simple del certificado FDA, CCE o CE vigente, en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español de al menos el 80% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios que oferte en su propuesta técnica, debidamente referenciadas donde se cite el equipo, FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL" (presentar formato en PDF y Excel editable).

Asimismo, el licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del contrato, se compromete a entregar, a más tardar, a los cinco días naturales siguientes al acto del fallo, la relación del 20% correspondiente del 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios ofertados por partida que no hubiese entregado de los certificados de calidad, mismos que deberá presentar en su propuesta técnica en el Formato T33

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

"Relación del 80% de Certificados de Calidad de equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios" en el cual se enlista el equipamiento que requiere de la presentación de Certificados de Calidad y previo a la firma del contrato entregará dentro de los 5 (cinco) días naturales contados al día siguiente de la emisión del fallo, a la Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento, la copia simple de dichos Certificados de Calidad. Bienes de Consumo Complementario Catálogo:

| Cave BCC  | Bien de Consumo Complementario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr./ o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. |
| 10.04.905 | Set ó equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J" radiopaco de calibres; en el rango de 3.7 fr. a 4.8 fr. X 10 cm. hasta 22 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía, longitud. 24 cm calibre. 5 fr. catéter ureteral de poliuretano. Radiopaco. Con posicionador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.04.907 | Balón dilatador para tracto percutáneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml. Y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.04.910 | Cuchillo recto y de media luna para uretrotomo compatible con el equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm., incluye sistema de inflado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.04.913 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.04.914 | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm., ó 4 mm. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.04.916 | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr. (Ureterolito láser flexible).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.04.918 | Camisa de acceso ureteral hidrofílica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.04.919 | Juego de dilatadores percutáneos tipo Amplatz de 8 a 30 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.04.921 | Aguja de acceso percutáneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.04.924 | Catéter con balón de oclusión de 5 a 7 fr. X 75 a 100 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el presente bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | mm., en una sola ó por separado.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                        |
| 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla.                                                                                                                                                                                                                |
| 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ ó Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla.                                                                                                                              |
| 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo.                                                                                                                                                                                                                |
| 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trocar 1/4"y 1/8". Con reservorio.                                                                                                                                                                     |
| 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano ó mediano/largo.                                                                                                                                                           |
| 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente.                                                                                                                                                                                                   |
| 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                     |
| 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                      |
| 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 ó 10 cc., con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 10.23.901 | Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento (según tecnología de cada fabricante).                       |
| 10.23.903 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm. O equivalente que cumpla la misma función.                                |
| 10.23.905 | Prótesis autoexpandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas.                                                                             |
| 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados y resecciones.                                                                                                                                        |
| 10.23.907 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms.                                                                                                                                                             |
| 10.23.908 | Prótesis biliar, metálica de nitinol (o cubierta equivalente) totalmente cubierta, autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con introductor de 6 fr., guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud.                                                 |
| 10.23.909 | Prótesis esofágica de 18 mm. de diámetro y 7 a 12 cm., de longitud, con guía.                                                                                                                                                                                            |
| 10.23.910 | Prótesis ó Stent plástica biliar, precargada o con sistema de liberación, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm.                                                                                                                                              |
| 10.23.912 | Asa para polipectomía con tres medidas de asa de acuerdo a la tecnología del fabricante, controlable y desechable, de diámetro y de longitud compatible con los Equipos propuestos.                                                                                      |
| 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna), de 2.4 ó 2.6 mm., de diámetro y 230 a 240 cm., de longitud.                                                                                                                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.23.914 | Balón para dilatación neumática ,para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm., de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM(o balón de dilatación de acuerdo a la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico). |
| 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud.                                                                                                                                                                                         |
| 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr.; de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación.                                    |
| 10.23.918 | Catéter de ablación con argón híbrida con long de mas de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente.                                                                                                                                                                               |
| 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.23.920 | Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.23.923 | Cepillo de citología para vía biliar guiado de al menos 2.1 a 2.5 mm y longitud de 200 a 240 CM.                                                                                                                                                                                                                                                |

Cantidades de Bienes de Consumo Complementario por OOAD/UMAE:

| Prog | OOAD/UMAE | 2026   |        |
|------|-----------|--------|--------|
|      |           | Mínimo | Máximo |
| 1    | Colima    | 746    | 1859   |

Las Partidas 16 a 21 no requieren bienes de consumo complementario \*

El licitante adjudicado está obligado a tener disponible y proporcionar los diferentes bienes de consumo complementarios necesarios en el momento en el que se lleva a cabo el procedimiento, sumándose el importe de este insumo al precio unitario del procedimiento programado, de acuerdo con el FORMATO T14 "Reporte individual de procedimientos y Bienes de consumo Complementarios

**5.1.4** La forma de presentación de la documentación para llenar el FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" (PRESENTAR FORMATO EN PDF Y EXCEL EDITABLE) que se llevará a cabo en Compras MX y para pronta referencia de los numerales 4.1.1 al 4.1.4 deberá de presentarse en documentos en los que se permita observar su diferenciación e indicando el número que le corresponda de acuerdo a lo asignado en el ANEXO T4 "Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI", seguido del nombre del Bien de Consumo que se esté proponiendo.

Ejemplo: Propuesta Técnica (FORMATO T21)  
Nombre de la Carpeta:  
Aguja de Veress.







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| MES   | MES   | MES   | MES   |
| Fecha | Fecha | Fecha | Fecha |

Es preciso señalar que la fecha específica de mantenimiento no podrá rebasar la semana señalada y se deberá considerar que puede ser modificado por la frecuencia de los servicios, por las características técnicas y a las necesidades de uso y desgaste de los equipos y/o instrumental, lo cual se hará del conocimiento al licitante adjudicado a través del Administrador del Contrato.

El Instituto, llevará el control a través del FORMATO T5 Reporte de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental, que es un reporte general de cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo donde se consignan observaciones (ejemplo "sin incidencia de fallas o pasa a mantenimiento correctivo"). Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y/o Jefe de Conservación de la Unidad Médica, una vez avalado mediante su firma autógrafa quien remitirá el reporte correspondiente de conocimiento al Administrador del Contrato, dejando como constancia, la colocación de etiqueta en el equipo que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó. El Proveedor llevará su control mediante una bitácora de mantenimientos que deberá contener a detalle el Reporte individual en Formato libre de cada empresa tipo Check List de puntos de revisión por equipo acorde a la marca y modelo.

Como resultado en el mantenimiento preventivo de equipo médico y del instrumental, en caso de presentarse o detectarse fallas o problemas técnicos que disminuyan la capacidad operativa, deberá realizarse la reparación y/o sustitución para que, en un plazo máximo de 48 horas en área metropolitana y 72 horas en áreas rurales a partir de detectado el problema se cuente de nuevo con estos dispositivos médicos en el servicio. Para lo cual el técnico designado por el proveedor de servicio deberá informar al jefe de Conservación de la Unidad Médica para que este notifique al Administrador del Contrato.

Toda vez que el proveedor de servicio deberá dar el seguimiento puntual en la orden de servicio correspondiente en la que deberá realizar el registro en la bitácora del equipo médico y de instrumental y seguimiento de acuerdo con los Formato correspondientes.

Para garantizar la continuidad del Servicio Médico Integral contratado y de no poder realizarse los procedimientos, una vez concluido el término de las 48 horas en área metropolitana y 72 horas en áreas rurales, se realizará la penalización correspondiente de acuerdo con lo señalado en los "Términos y Condiciones" por concepto de Penas Convencionales y/o Deducciones por Atraso en la Prestación de los Servicios.

## 6.2 Mantenimiento Correctivo De Equipo Médico e Instrumental.

El mantenimiento correctivo, se prestará cuando el equipo y/o instrumental, presente fallas en alguna de sus partes, para lo que deberá dar atención a través de los reportes, en que se indicará las fallas del equipo médico y/o la asistencia técnica, según proceda.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/00000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

El licitante adjudicado deberá efectuar las reparaciones necesarias con piezas nuevas y originales.

Cuando el proveedor identifique que se requiera la sustitución de las mismas por el uso y desgaste, o bien cuando por el tiempo de vida de las partes del equipo sea recomendable el cambio, el costo de las refacciones e insumos que se requieran, para el mantenimiento correctivo de los equipos e instrumental, serán por cuenta del PROVEEDOR, en caso de que se determine la necesidad de substituir los equipos o instrumental, por otros de las mismas especificaciones técnicas, esto deberá realizarse en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana, y 72 (setenta y dos) horas, para las áreas rurales, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.

Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y/o jefe de conservación de la unidad médica y avalada mediante firma autógrafa en el "FORMATO T6. Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental"; en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana, y 72 (setenta y dos) horas, para las áreas rurales, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.

Para aquellos equipos médicos o instrumental que tengan en un periodo de treinta días, tres incidencias correctivas deberán ser sustituidas en un lapso no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas por otro igual o de mayores características, lo cual se hará mediante el FORMATO T16. "Reporte de Incidencias".

Para aquellos equipos médicos o instrumental que tengan en un periodo de treinta días, cuatro incidencias correctivas será motivo para iniciar el procedimiento de rescisión de contrato.

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo del equipo y/o instrumental propiedad del licitante deberán ser realizados por cuenta de este mismo, garantizando la funcionalidad de los equipos y/o instrumental y la continuidad del servicio en óptimas condiciones.

## 7. ASISTENCIA TÉCNICA

El licitante adjudicado deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria para la preparación y puesta en uso de los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo en los procedimientos de mínima invasión, y Endoscopia, en las Unidades Médicas del Instituto con SMI para PMI. Dando cobertura a los turnos matutino, vespertino y nocturno, de lunes a domingo, de 7:30 a 14:00 y de 14:00 a 20:00 hrs. conforme a la programación y necesidades de las unidades médicas institucionales, para que asistan logísticamente al personal del Instituto en todos los procedimientos, conforme a las actividades de este documento.

Este personal deberá permanecer en las salas de Cirugía y área de endoscopias, según corresponda, y estar disponible de acuerdo con la programación de procedimientos, sean estos procedimientos electivos o de urgencias, estos últimos si son en el turno nocturno serán atendidas por el proveedor con guardias o telecomunicaciones

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos de las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

conforme a un acuerdo mutuo. Deberá contemplar al menos un técnico por cada dos torres laparoscópica o endoscópica según corresponda, acorde a la distribución de equipo definida en el Anexo T11 "Distribución de equipo, Instrumental de SMI para PMI" y Anexo T 1 "Requerimientos por Unidad Médica de SMI para PMI", mediante los FORMATOS T19 "Designación del Supervisor de Operaciones" y FORMATO T20 "Designación de técnicos en sitio"

• **ASISTENCIA TÉCNICA ASIGNACIÓN DE TÉCNICOS POR PARTIDA**

| Partida | Suma de Cantidad de técnicos en sitio por turno                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Paquete 1 (2 técnicos para HGZ No. 1 y HGZ No. 10)<br>Paquete 2 (1 técnico para el HGZ No. 1)<br>Paquete 3 (1 técnico para el HGZ No. 1) |

\*El Licitante deberá proponer al menos un técnico por cada dos torres laparoscópicas o endoscópicas, según corresponda por turno, acorde a la distribución de equipo definida en el Anexo T11 "Distribución de equipo e Instrumental de SMI para PMI" y Anexo T1 "Requerimientos de SMI para PMI".

El técnico, deberá contar con identificación (gafete), proporcionado por el proveedor y deberá portarla en lugar visible para su identificación durante su estancia en las Unidades Médicas del Instituto, y conocerá a detalle las funciones asignadas por el supervisor de operaciones designado por El licitante, cumpliendo como mínimo con lo siguiente:

**7.1 Actividades Asistenciales Del Técnico Para Los Procedimientos Para Mínima Invasión**

- Previo al procedimiento

El TÉCNICO deberá presentarse:

- Turno matutino a las 7:30 a 14:00 hrs.
- Turno vespertino a las 13:30 a 20:00 hrs. En este horario deberá coordinarse con el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, para definir el horario de enlace.
- Turno nocturno a las 19:30 a las 8:00 hrs. se deberá coordinar con los jefes de servicio, en caso de que este horario este considerado en el servicio y Unidad asignada.
- Debiendo el proveedor designar un TÉCNICO por cada dos torres laparoscópicas o endoscópicas en horario diurno y un técnico en horario nocturno (a necesidades de la Unidad Médica de que se trate).
- Las urgencias serán atendidas por el proveedor con guardias o telecomunicaciones conforme a un acuerdo mutuo.
- Deberá entregar y tener listos 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento, el equipo, los accesorios, los bienes de consumo e instrumental estériles, completos, requeridos y contratados para cada procedimiento.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos que determinan los requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DCZ/026/000/000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

- Durante el procedimiento.
  - Observación activa del óptimo funcionamiento de los elementos descritos.
  - Asistencia técnica al médico con respecto a la provisión de insumos.
- Posterior al procedimiento.
  - Es obligación del TÉCNICO la Limpieza del set de instrumental y equipo.
  - Entregar limpio y ensamblado el set de instrumental al área de C.E.Y.E., quien será responsable de llevar a cabo el proceso de esterilización.
  - Recolectará los desechos de sus consumibles que se generen durante el procedimiento y depositarlos en los contenedores señalados por el Instituto, el producto final de estos desechos debe de ser manejado por el personal del Instituto de acuerdo con la NOM 087-ECOL-SSA1-2002 Manejo de Residuos Peligrosos y Biológico Infecciosos. El Técnico debe verificar la disposición final de estos desechos. Los mecanismos de destrucción para aquellos bienes de consumo que así lo requieran serán los indicados por el fabricante.
  - El Técnico designado por la empresa será el responsable del resguardo de equipos, instrumental, accesorios y bienes de Consumo Básicos y Complementarios.
  - Es obligación del TÉCNICO solicitar los sets de instrumental esterilizado a la Central de Esterilización de Equipos de la Unidad y entregarlo 30 min antes para los procedimientos según la programación quirúrgica.
- En el caso de los endoscopios se realizará el siguiente procedimiento:
  - Realizar lavado mecánico o automático de los endoscopios con base en la guía del fabricante, después de cada procedimiento llevado a cabo en el paciente (siendo decisión del licitante adjudicado la utilización de lavado mecánico o automatizado), dichos procesos deben realizarse con apego a la NOM-045-SSA2-2005 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales.
  - Todos los endoscopios empleados durante el procedimiento de atención del paciente deberán ser sometidos a un proceso de desinfección de alto nivel (DAN) o de esterilización, que garantice la asepsia de estos en apego al FORMATO T25 Manual de Desinfección de Alto Nivel (DAN), para evitar infecciones nosocomiales cruzadas, conforme a la NOM-045-SSA2-2005 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, numerales 6.23, 10.6.6.4 y 10.6.7.5.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

- El TÉCNICO deberá apegarse a los lineamientos que marque el Comité de Infecciones de la unidad con base en la NOM-045-SSA2-2005 para el Control y Prevención de Infecciones Nosocomiales en los numerales 10.2, 10.6.1.1, 10.6.1.6, 10.6.6.1, 10.6.6.4, 10.6.6.5, 10.6.7, 10.6.7.5, 10.6.1.6. Este proceso es susceptible de supervisión por parte del Instituto, las cuales se llevarán a cabo hasta en dos ocasiones por mes, sin previo aviso.

**7.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.**

- a) Elaborar carpeta técnica que contenga la cartera de servicios de la Unidad Médica.
- b) Entregar y dar a conocer al personal médico; el equipo, el instrumental y los bienes de consumo contratados por procedimiento (durante la transferencia de conocimientos).
- c) El Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, permitirá el acceso al TÉCNICO asignado a la programación de procedimientos, para coadyuvar en la elaboración del plan de suministro y asegurar el abasto oportuno de los bienes de consumo requeridos.
- d) Recabar al término de cada procedimiento; nombre, matrícula y firma autógrafa del médico, que realizó el procedimiento, para el visto bueno del tipo de procedimiento realizado y los bienes de consumo utilizados conforme al FORMATO T14 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS.
- e) Llenar el FORMATO T14 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS, el cual deberá ser recabado al término de cada procedimiento realizado, debidamente firmado por el médico que realizó el procedimiento, con la autorización del Jefe del Servicio para su facturación mensual.
- f) Generar el Reporte Mensual (a detalle), conforme al FORMATO T15 REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS, en el que integrará la información de los Reportes Individuales de los procedimientos realizados y bienes de consumo complementarios utilizados,
- g) Registrar y complementar en el FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios los procedimientos realizados y los bienes de consumo de la Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento (CTSMI) utilizados (concentrado general) durante los procedimientos de Mínima Invasión, y enviarlo dentro de los 5 días previos al día último de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División.

El técnico designado por El licitante a cada unidad médica realizará exclusivamente actividades de ASISTENCIA TÉCNICA al personal de salud y NO DE TIPO ASISTENCIAL AL PACIENTE.

**7.3. SUPERVISOR DE OPERACIÓN.**

El proveedor podrá designar un SUPERVISOR DE OPERACIÓN





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

➤ El SUPERVISOR DE OPERACIÓN, tendrá bajo su responsabilidad:

- Verificará el cumplimiento de las actividades del o los técnicos asignados a la Unidad Médica.
- Atenderá las dudas de los usuarios.
- Apoyará junto el buen desempeño del servicio ofertado.
- Evitará el desabasto de bienes de consumo.

El SUPERVISOR DE OPERACIÓN deberá acudir a la unidad como mínimo una vez por semana para verificar en forma presencial y aleatoria, el cumplimiento del horario laboral del TÉCNICO en las salas de cirugía o endoscopia para el inicio oportuno de los procedimientos.

Así mismo, deberá presentarse con el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, en cada visita de supervisión a fin de dar seguimiento al cumplimiento de la calidad del servicio y en caso de encontrar desviaciones, realizar las acciones preventivas o correctivas correspondientes para mejorar el servicio.

Para dejar constancia del control de lo antes mencionado, lo registrará en una bitácora de visitas y cumplimiento del servicio médico integral, que además de su firma, deberá ser el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de la Unidad Médica o el que se designe por la unidad en sustitución.

\*El supervisor de operación administrativa no forma parte de la evaluación curricular ya que su función no está directamente relacionada con el manejo de equipos o asistencial al médico o personal del Instituto durante un procedimiento.

El licitante adjudicado deberá supervisar la instalación y puesta a punto de los equipos solicitados para la prestación del servicio objeto de esta licitación. Así mismo supervisará los mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran para garantizar la continuidad de la prestación del servicio en óptimas condiciones.

A fin de dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo del equipo médico de Mínima Invasión establecido en el punto 6 que antecede, el Instituto llevará a cabo el control a través de la bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo, FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL, lo mismo hará cuando se lleven a cabo los mantenimientos correctivos FORMATO T6 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL. La bitácora será firmada por el técnico profesional capacitado responsable de la supervisión de los mantenimientos, el jefe de Cirugía o endoscopia y el jefe de conservación de la unidad médica.

La Asignación del supervisor de operaciones será al menos uno por cada diez Hospitales, que cuente con conocimientos en áreas administrativas a nivel profesional de al menos un año en el manejo de servicios iguales o

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos que determinan los requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

similares al de la presente contratación, si la partida adjudicada tuviese menos de 10 Unidades Hospitalarias tendrá que ser al menos uno por partida.

**7.4 APOYO A LA OPERACIÓN**

Con el fin de hacer eficiente la prestación del Servicio Médico Integral y facilitar al Instituto su verificación durante la vigencia del contrato, el licitante:

- I. Deberá permitir, en cualquier momento, al personal del Instituto el acceso para verificar las condiciones de la prestación del servicio.
- II. El licitante adjudicado deberá proporcionar número telefónico y correo electrónico a cada una de las unidades médicas del Instituto contenidas en la partida adjudicada dentro del día 7( SIETE ) natural a partir de la notificación del fallo en concordancia al curriculum de sus técnicos presentados durante la evaluación de propuestas, para notificar las incidencias generadas en la prestación del servicio, con motivo las fallas en el equipo médico, en el instrumental y todo lo que compete a los bienes de consumo, así como de las deficiencias en la asistencia técnica, otorgando un número de folio a cada una de las incidencias reportadas para su seguimiento, mismo que deberá consignarse en el Reporte de Incidencias, FORMATO T16 Reporte de incidencias.
- III. En caso de existir cambios, en el número telefónico y correo electrónico, éstos serán notificados por escrito a la Unidad Médica que afecte el cambio, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas, debiendo recabar el acuse de recibo correspondiente, remitiendo de inmediato copia del referido acuse al Administrador del Contrato.

**8. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.**

Es la capacitación al personal del Instituto para el uso de los equipos médicos, instrumental y manejo de los insumos en general.

La Transferencia de conocimiento será coordinada y supervisada por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Administrador del Contrato proporcionará dentro de los 7 (siete) días naturales después de la notificación del fallo , lista del personal que será capacitado, considerando que se dará en las instalaciones de las Unidades Médicas, para que el proveedor con base a esta información proceda a ejecutar el programa de transferencia del conocimiento presentado en el plan de trabajo durante su evaluación, utilizando el FORMATO T8 "Programa Transferencia del Conocimiento", que deberá entregar dentro de los 7 (siete) días naturales después de la notificación del fallo al Administrador del Contrato.

El programa de transferencia del conocimiento deberá considerar transferencia previa al inicio de los servicios y continua durante la vigencia del contrato, para el uso y manejo de los equipos médicos, el instrumental, los accesorios y del adecuado uso de los bienes de consumo, el cual deberá ser autorizado por el Jefe de Servicio, con el

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

Visto Bueno del Director y avalado por el Administrador del Contrato, dando a conocer los contenidos y requerimientos de la Unidad Médica adjudicada mediante el Formato T27 "Información de los Contenidos y Requerimientos de la Unidad Médica Asignada a Proporcionar en el SMI para PMI".

Es preciso señalar que el Instituto, podrá ajustar la lista de participantes, con 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de su realización conforme a la notificación que por escrito realice el Jefe de Servicio, a través del Administrador del Contrato al proveedor.

El control del Registro de Asistencia se realizará mediante el formato contenido en el FORMATO T9 "Registro de asistencia de la transferencia del conocimiento", el cual será avalado por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Divisionario de Cirugía o Endoscopia, al término de cada evento, quien la entregará al Administrador del Contrato.

Al término de la Transferencia del conocimiento el proveedor extenderá constancia con las firmas del Instituto y del proveedor.

**Transferencia técnica inicial.** Esta capacitación técnica deberá otorgarse una vez que ya se tengan los equipos, instrumental e insumos en la unidad por lo que deberá ser entre del día 4 (cautro) natural a 7 (siete) días naturales a la emisión del fallo y antes del inicio de la prestación del servicio. siete (7) días naturales

**Transferencia técnica continúa** (del manejo de los equipos o innovación de bienes de consumo). Se deberá considerar su realización por lo menos una vez cada seis meses, hasta tener la totalidad del Personal Médico, cuya coordinación y supervisión estará a cargo del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Divisionario de Cirugía o Endoscopia y será a petición por escrito de este.

**9. CONTROL DE PRODUCTIVIDAD.**

Conciliar y validar los procedimientos realizados y los bienes de consumo complementario utilizados.

El Jefe o Encargado del Servicio y el proveedor conciliarán los procedimientos y bienes de consumo complementario utilizados durante los procedimientos. La productividad a tomar en cuenta para la conciliación será a partir del día 26 del mes anterior y hasta el día 25 del mes vigente a facturar. La conciliación deberá aprobarse a más tardar el último día hábil del mes a facturar y deberá firmarse por el técnico en sitio, supervisor de operaciones y firma del auxiliar del contrato (Jefe o Encargado del Servicio Médico).

Con el resultado de esta conciliación el proveedor elaborará el FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD" en el que se detallarán individualmente los procedimientos y bienes de consumo complementario susceptibles de pago, el cual deberá ser validado por el Jefe de Servicio o Encargado.

Además, enviará el FORMATO T26, durante los primeros 5 días posteriores al cierre del mes calendario, en formato Excel editable y PDF (escaneado con las firmas) a la COORDINACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ABASTECIMIENTO al correo electrónico ctsi.pmi@imss.gob.mx

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requerientes, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

De igual manera, deberá entregar a la Unidad Médica en físico y en archivo electrónico de manera mensual, como sustento de la productividad realizada mensualmente.

El reporte deberá contener mínimamente la siguiente información:

1. Clave OOAD/UMAE (con base al Anexo T1),
2. OOAD/UMAE (con base al Anexo T1),
3. Clave Presupuestal (con base al Anexo T1),
4. Tipo (con base al Anexo T1),
5. Número (con base al Anexo T1),
6. Localidad (con base al Anexo T1),
7. NSS paciente,
8. Nombre(s) paciente,
9. Apellido paterno paciente,
10. Apellido materno paciente,
11. Fecha de realización del procedimiento (dd/mm/aaaa),
12. Clave procedimiento/bcc (con base al Anexo T1),
13. Procedimiento/bcc (con base al Anexo T1),
14. Cantidad,
15. Precio unitario

**10. BITÁCORA DE INCIDENCIAS.**

Los lunes de cada semana, antes de las 12:00 horas. El proveedor deberá reportar las incidencias presentadas por los jefes de servicio, de la semana previa inmediata, durante la vigencia del contrato conforme al FORMATO T16 "Reporte de incidencias", y en paralelo enviarlo vía correo electrónico al Administrador del Contrato.

**Muestras para Pruebas:** No se solicitan antes de la prestación del servicio, en el caso que durante la prestación del servicio se presente reiterativamente en más de dos ocasiones una incidencia de fallo con un Equipo, Instrumental o Bien de consumo básico o complementario, se deberá documentar, con el soporte de lo solicitado en el FORMATO T16 "Reporte de incidencias", ( marcas, modelo, fecha de fabricación, lotes etc.), Podrán ser requeridas piezas o muestras para envío a la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) que deberán entregarse dentro del plazo de no más de 48 horas una vez llenado el Reporte de Incidencias y notificado al proveedor de la(s) fallas, su costo lo absorberá el proveedor.

Con fundamento en el Artículo 60 Fracción VIII último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto se reserva el derecho de autenticar los documentos presentados en cualquier momento.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/JS/DC/2026/000/000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

(EL LICITANTE HARÁ PROPIO EL ANEXO TÉCNICO, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital WORD editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal como parte de su propuesta técnica).

Lugar \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Firma de los responsables:**

Firma de los responsables:

| Nombre y Cargo                                                                                                      | Firmas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Autorizó<br><br><b>Dra. Jessica Gil Lozada</b><br>Titular de la Jefatura de Servicios de prestaciones Médicas       |        |
| Revisó<br><br><b>Dr. Juan Gabriel Barrera Acosta</b><br>Encargado. de la Coord de Prevención y Atención a la salud. |        |
| Elaboró<br><br><b>Dr. Rogelio Ramos Naranjo</b><br>Coord. Aux Atención Médica en Segundo Nivel                      |        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:  
La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.  
CO/SJ/DC/2026/0000000203



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

# TÉRMINOS Y CONDICIONES

Servicio Médico Integral para Procedimientos de  
Mínima Invasión

JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:  
La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO  
IMSS



Zaragoza No. 199, Col. Alta Villa, CP. 28987, Villa de Álvarez, Colima. Tel: 312 31 14021, www.imss.gob.mx





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen los presentes Términos y Condiciones para la contratación del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión (SMI para PMI), clave **CUCOP 33900012**, de conformidad con lo siguiente:"

**1. OBJETIVO GENERAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

El Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión, en adelante sólo se mencionará como **SMI para PMI** tiene como objetivo proveer al Instituto Mexicano del Seguro Social de equipo, instrumental, bienes de consumo de vanguardia y de personal técnico, necesario para la realización de los procedimientos quirúrgicos o endoscópicos, que diagnostican o tratan las siguientes patologías: Colectectomía con exploración de vía biliar adulto, Laparoscopia diagnóstica adulto, Litotricia ureteral flexible adulto (láser), Colectectomía laparoscópica pediátrica, Broncoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto, Colonoscopia con toma de biopsia adulto, Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales pediátrica.

Con este SMI para PMI se busca resolver los problemas de salud en la población derechohabiente y dar una solución terapéutica más eficiente al abordaje quirúrgico diferente al acceso tradicional convencional, abierto e invasivo, resultando ser menos agresivo. El objetivo terapéutico es reducir el tiempo que permita al paciente incorporarse a sus actividades laborales prontamente y al Instituto, le permite disminuir días estancia hospitalaria e incapacidades.

**1.1 TIPO Y VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

**1.1.1 Tipo de contratación.**

Este servicio se formalizará a través de un **contrato abierto**, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 68 de su Reglamento, aclarando que la entrega, recepción de lo establecido en dicho contrato y pago del servicio prestado se realizará en el Área de Trámite de Erogaciones ubicada según corresponde en cada OOAD/UMAE conforme al número de procedimientos establecidos en los mínimos y máximos contenidos en el **Anexo T1 "Requerimientos de SMI para PMI 2026"**.

**1.1.2 VIGENCIA Y PLAZO DEL SERVICIO.**

**a) Vigencia de la contratación:**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DCE/026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

La vigencia de la contratación será a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

**b) Plazo de la entrega del bien:**

Se contará con un plazo máximo de **7 (días) días naturales** a partir de la emisión y notificación del fallo correspondiente para la instalación, puesta a punto de los **equipos médicos** y de **5 (cinco) días naturales** a partir de la notificación del fallo para el **Instrumental y bienes de consumo básico y complementario** que serán entregados con base a lo establecido en los términos y condiciones, el anexo técnico y demás documentos que forman parte de la presente planeación. Con excepción del paquete 5 que contará con 30 días naturales.

**Nota:** En caso de que el licitante esté en posibilidad de dar inicio antes del vencimiento del plazo de 7 (Siete) días naturales podrá hacerlo, previa coordinación y corresponsabilidad con el administrador del contrato y los auxiliares del mismo de cada OOAD/UMAE, de manera que el SMI para PMI, se otorgue ininterrumpidamente a la derechohabiente.

**c) Inicio para la prestación del Servicio:**

Será a partir del día 8 (ocho) natural posterior a la emisión y la notificación del fallo. El licitante adjudicado se obliga dentro del término de 7 (siete) días hábiles a partir de la emisión y notificación del fallo, previo a la firma del contrato a presentar la documentación en físico requerida por el Instituto, del Personal técnico, Equipo y Bienes de consumo básicos y complementarios contenidos en el presente documento y Anexo técnico.

**2. LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

- Los Equipos Médicos, Instrumental y Bienes de Consumo Básicos y Complementarios deberán entregarse en el área que indique el Director de la Unidad o quien este designe, según la distribución y el directorio establecido en el **ANEXO T11 Distribución de Equipo e Instrumental del SMI para PMI** y el requerimiento señalado en el **ANEXO T1 "Requerimiento del SMI para PMI"** atendiendo el directorio de las unidades médicas del **ANEXO T12 "Catálogo de Unidades Médicas con SMI para PMI"**.
- Será responsabilidad del proveedor realizar por su cuenta **las maniobras de carga y descarga** de los equipos médicos y bienes de consumo e instrumental quirúrgico al lugar de entrega e instalación que determine el Instituto; sin costo adicional para el Instituto.
- La transportación y resguardos** de los equipos, el instrumental y los bienes de consumo, se hará por cuenta exclusiva del proveedor designado para prestar el servicio y será el responsable **del aseguramiento de los equipos y material quirúrgico** desde su transportación, recepción, entrega e instalación de los equipos y hasta que finalice la prestación del servicio en las unidades médicas, sin costo adicional para el Instituto.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/JS/DC/2026/000/000203









ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**SMI PARA PMI CONFORMADO 3 PAQUETES**

**Paquete 2:** Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo.

**Paquete 5:** Procedimientos Funcionales Digestivos.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en los anexos técnicos contenidos en este documento, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que se está ofertando.

La Conciliación de los procedimientos efectivamente realizados deberá ser presentada anexo a la factura respectiva para el trámite del pago correspondiente.

El licitante podrá ofertar por separado cada una de los OOAD y/o UMAE establecidas en el **Anexo T1 "Requerimiento de SMI para PMI"**. Por tanto, el licitante podrá obtener los OOAD y/o UMAE que esté interesado, pudiendo ser una o más de una, considerando el **Catálogo de Procedimientos** del presente documento. Los requerimientos específicos por Unidad Médica están establecidos en el **ANEXO T1 "Requerimiento de SMI para PMI"**.

La Primera dotación de bienes de consumo corresponderá al consumo estimado por el Jefe de Servicio de la sala de Cirugía, de 7 días hábiles de la Unidad Médica, la cual deberá ser a más tardar el día 83 (ochenta y tres) natural, contados a partir del día siguiente a la notificación y emisión del fallo.

Asimismo, el licitante deberá contar en su empresa con un inventario de Bienes de Consumo correspondiente a 7(siete) días hábiles de consumo máximo de las partidas adjudicadas, a fin de poder atender cualquier eventualidad que se presente durante la vigencia de la prestación del servicio.

### 3.1 Equipo Médico Itinerante

Equipo Médico Itinerante, entendiéndose como aquel equipo que puede ofertar el licitante y que tiene la posibilidad de trasladarlo entre las unidades médicas que se encuentren en la (o las) partida(s) y con la posibilidad de maximizar su uso en una sede distinta a la del origen, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma ciudad, y que por razones de baja productividad o de apoyo para la realización de jornadas médicas de atención quirúrgica, sea necesario trasladarse o moverse a otra sede, sin necesidad de que se encuentre permanentemente en una sola unidad médica, según el equipo médico que se tenga contratado en la prestación del servicio del OOAD correspondiente, estos equipos pueden ser los siguientes:

- Torres de visualización básica:
  - Insuflador
  - Capnógrafo
  - Unidad de electrocirugía para endoscopia

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio: CO/SJ/DC/2026/000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

- Bisturí ultrasónico.
- Equipo para sellado de vasos.
- Litotriptor neumático
- Laser quirúrgico de Holmio.
- Microdebridador eléctrico para oído y nariz.
- Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto.
  - VideogastroscoPIO.
  - VideocolonoscoPIO.
  - Unidad de electrocirugía para endoscopia.
- Procedimientos Funcionales Digestivos

En su propuesta técnica, los licitantes deberán presentar las marcas y modelos de los equipos médicos que utilizarán para la prestación del servicio, para su evaluación en el **FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA/DOCUMENTAL"** (presentar formato en PDF y Excel editable).

El licitante deberá entregar los manuales de usuario en idioma español, y los cuales deberán corresponder con el equipo médico que es aceptado en el presente proyecto de planeación, de acuerdo a la Unidad Médica y partida correspondiente, relacionada en el **FORMATO T17 "RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DEL EQUIPO MÉDICO"**.

Cabe mencionar que no se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas "Only Export" ni "Only Investigation", equipos discontinuados o en estado de obsolescencia mayor a los 7 años de fabricación o cuyo uso no se autorice en el país de origen, que cuenten con alertas sanitarias o avisos por parte de las Autoridades Sanitarias en México (COFEPRIS), Estados Unidos (FDA) y la Comunidad Económica Europea (CE), incluyendo la de aquellos países con los cuales México tiene un Tratado de Libre Comercio.

**4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.**

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en los presentes Términos y Condiciones y en el Anexo técnico, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que se están ofertando, para todas las partidas en su propuesta técnica, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente documento, debiendo el licitante garantizar la correcta prestación del servicio médico integral.

Con fundamento en los artículos 36 y 34 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través del sistema Compras MX, la siguiente documentación:

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:  
La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.  
CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**4.2 Documentación Técnica**

**El licitante deberá presentar su propuesta técnica en papel membretado foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación:**

- 4.2.1 Propuesta técnica,** El licitante deberá presentar su propuesta técnica, con una descripción amplia y detallada del "Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y demás anexos que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, el instrumental, los bienes de consumo (básicos y complementarios) y demás aspectos requeridos para la contratación; para lo cual deberá transcribir íntegramente el Anexo Técnico así como los Términos y Condiciones, manifestando en esa transcripción la aceptación y cumplimiento de esas disposiciones.

Presentando el **FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL"** contenido en "Formatos de SMI para PMI" para su evaluación técnica en archivo digital EXCEL editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal.

- 4.2.2 Registros Sanitarios.** El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de al menos el 80% del 100% de los registros sanitarios del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios ofertados por partida, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Asimismo, el licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, **un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar, a más tardar, a los cinco días hábiles siguientes al acto del fallo, los Registros Sanitarios del 20% restante y correspondiente al 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios, ofertados por partida, durante el proceso de licitación.** Dicho escrito deberá estar debidamente firmado por el representante legal del licitante (o el representante común en caso de participación conjunta). Para lo cual, los Registros Sanitarios del porcentaje aquí señalado **deberán ser entregados dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados al día siguiente de la emisión y notificación del fallo,** a la Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento, en copia simple, mismos que cumplirán con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente apartado.

Adicionalmente, en su propuesta técnica deberá presentar el **Formato T32 "Relación del 80% de registros sanitarios del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básico y complementario,"** en el cual se enlista los Registros Sanitarios del equipo, instrumental y bienes de consumo básico y complementario, ofertados por partida, considerados para ser entregados de conformidad al párrafo anterior, asimismo, el Formato T32 viene con un listado el cual señala puntualmente el equipamiento que requiere Registro Sanitario.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos que determinan procedimientos las dnos. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, del equipo médico contenido en el **Anexo T2." Equipo médico de SMI para PMI", Anexo T3 "Instrumental de SMI para PMI", Anexo T4" Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI"**, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
- Copia simple del "Comprobante de Trámite de Prórroga", en el que se acredite el trámite de prórroga del registro Sanitario o, en su caso, copia simple de la "Constancia de Prórroga" emitida por la COFEPRIS del Registro Sanitario sometido a prórroga.

**Nota:** no son válidas "consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas" a COFEPRIS sin su respuesta, en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

En el caso de que algún equipo, instrumental y/o bienes de consumo (básico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario.

El no presentar la copia simple del Registro Sanitario vigente o prórroga del mismo actualizado o copia simple del comprobante del trámite de prórroga, o la carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud, se ubicarán en el proceso de contratación correspondiente como una causal de desechamiento.

**4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas.**

Para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas y requisitos de los bienes solicitados y/o en su caso el software establecido en el Anexo **T2."Equipo médico de SMI para PMI", Anexo T3 "Instrumental de SMI para PMI" y Anexo T4."Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI"**, deberán estar en idioma español y corresponder exactamente con lo solicitado en cada uno de los requisitos técnicos, ; en caso de estar en un idioma diferente al español se deberá proporcionar, por lo menos, una traducción simple al español, sin que esto altere, modifique o distorsione el contenido original del documento anteriormente traducido, la traducción podrá contener, únicamente, las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones técnicas.

El licitante deberá basar su propuesta técnica en los Anexos Técnicos y los Términos y Condiciones, así como en el resto de los documentos que formen parte de la presente planeación. Para lo cual, podrá sustentar su propuesta apoyándose con folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y manuales del fabricante, considerando, a su vez, la descripción técnica solicitada en la presente convocatoria y, además, lo enunciado y ofertado por el licitante, de acuerdo a la marca, modelo, número

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dnos. requeridos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO









**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

Adicionalmente, en su propuesta técnica deberá presentar el **Formato T33 “Relación del 80% de Certificados de Calidad de equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios,”** en el cual se enlistan los certificados del equipo, instrumental y bienes de consumo básico y complementario, ofertados por partida, considerados para ser entregados de conformidad al párrafo anterior.

El no presentar, la copia simple de los documentos correspondientes a los certificados aquí enunciados de al menos el **80%** del **100%** de equipo **que oferte por partida** en su propuesta técnica; será causal de desechamiento.

**4.2.5 Carta compromiso del Licitante en la Instalación de Equipo;** se compromete a cumplir cabalmente para la instalación del (de los) equipo(s), para asegurar la correcta prestación y continuidad del servicio de manera oportuna, en el que resulte , con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la instalación y adecuado funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), mediante el **Formato T23 “ Carta compromiso del Licitante en la Instalación de Equipo”,** contenido en formatos de SMI para PMI.

**4.2.6 Aviso de Importación** Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento usado este último no mayor a 7 años cero meses de fabricación, se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la emisión del fallo; en caso de ser equipo nuevo, el licitante deberá presentar escrito en formato libre en hoja membretada y debidamente firmado por su representante legal en el que manifieste que se compromete a entregar al Administrador del Contrato copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado en el rango de los 7 días naturales previos al arranque del servicio.

**4.2.7 Fecha de fabricación de sus equipos:** El licitante podrá ofertar equipo de reciente fabricación (**Nuevo**) o en todo caso equipo ya usado, cuya fecha de fabricación no deberá exceder de los siete (7) años, al momento del inicio de la contratación del servicio (a la fecha de presentación de las propuestas en el proceso licitatorio), de tal forma que los equipos presentados deberán estar en condiciones adecuadas para su funcionamiento y operación en el SMI para PMI. En caso de presentar equipos nuevos, el licitante presentará un escrito en formato libre con hoja membretada y debidamente firmado por su representante legal, en el cual deberá mencionar que los equipos ofertados **son nuevos**, y entregando al **Administrador del Contrato** en el caso de resultar adjudicado lo solicitado en el numeral 4.2.6 Aviso de Importación y/o en su caso copia de la Factura, correspondiente, en la que venga especificada la fecha de adquisición del equipo.

Los aspectos jurídicos del presente informe fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD, señoría Guzmán, en cumplimiento lo dispuesto en el numeral 7.3.1, punto 17.8 del Manual de Organización y la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se "registro bajo el folio:

CULSI/DC2024/000203

COLUSJ/DC/2026/00000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

Asimismo, en el caso de **ser equipos usados**, deberá presentar el **Formato T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 7 (siete) años cero meses de Fabricación"** (contenido en formatos de SMI para PMI) en el cual manifestará que los equipos presentados tienen una fecha de fabricación no mayor a 7 años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta y que se encuentran en condiciones adecuadas para el funcionamiento y operación en el **SMI para PMI**, integrando, solo, en el caso de resultar adjudicado en alguna de las partidas, las hojas de servicio del mantenimiento preventivo y/o correctivo, las cuales deberán contar con una fecha de realización no mayor a un período de seis (6) meses, tomada hasta el momento de la fecha de presentación de las propuestas en el proceso licitatorio, **para poder hacerse efectivas y asegurar las condiciones de funcionalidad en estos equipos**. Los mantenimientos y sus órdenes de servicio deberán haber sido realizados por personal especializado del fabricante del equipo o la empresa que está autorizada para la comercialización del equipo en México.

**4.2.8 Carta factura de los equipos** Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la emisión del fallo.

**4.2.9 Normas oficiales por considerar para la prestación del servicio.**

El licitante deberá presentar escrito libre en papel membretado del licitante y debidamente digitalizado o escaneado con la firma de su representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la prestación del servicio y una vez adjudicado que tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo estas:

- **Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.** Con fecha publicada en el DOF 20 noviembre 2009.
- **Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la Práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria.** Con fecha publicada en el DOF de 07 agosto 2012.
- **Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Infraestructura y Equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada.** Con fecha publicada en el DOF de 24 octubre 2001.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/JS/DA/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

- **Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.** Con fecha publicada en el DOF de 17 febrero 2003.
- **Norma Mexicana NOM-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,** Con fecha publicada en el DOF 19 de octubre del 2015.
- **Norma 2000-001-001** Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales, vigente. Con fecha de 26 de Julio del 2010.

**4.2.10 Alta del personal propuesto.**

Presentar escrito en hoja membretada con formato libre debidamente firmada por el representante legal del licitante, en el que manifieste que en caso de ser adjudicado se compromete a entregar, posterior a la emisión y notificación del fallo, durante los 5 (cinco) días naturales previos a la firma del contrato, al Administrador del Contrato, copia simple de las altas ante el IMSS de todo el personal incluido en su propuesta técnica, mismo que fue evaluado y que fue solvente técnicamente y en caso de existir convenio de participación conjunta, debidamente acreditado durante el proceso de contratación, este personal podrá pertenecer a cualesquiera de los licitantes que firmaron dicho convenio.

En caso de ser personal contratado por honorarios, deberá presentar el contrato de prestación de servicio que lo vincule directamente con el licitante o los licitantes en caso de participación conjunta debidamente acreditada en el proceso de contratación.

El área técnica será la responsable de notificar al Administrador del Contrato, a más tardar, siete (7) días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo, los nombres del personal que fue evaluado satisfactoriamente de cada propuesta técnica presentada por cada licitante adjudicado.

**4.2.11 Visita a las instalaciones institucionales.**

El licitante de manera optativa podrá visitar las unidades médicas que participen en el presente servicio integral, a efecto de verificar el lugar y el espacio que la unidad médica les asignará para la guarda y custodia de los equipos médicos, instrumental, bienes de consumo e insumos que se requieren para la prestación del servicio; así mismo, identificará y determinará la pertinencia o no, de realizar adecuaciones al área que se le asigne. Se precisa que el no llevar a cabo esta visita a las Instalaciones Institucionales no será motivo de descalificación. **Dicha visita podrá realizarla a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria en Compras MX** y hasta dos días hábiles previo a la Junta de Aclaraciones pudiendo acudir a las Unidades Médicas, previa "Solicitud de Cita" concertada a través del Director de la Unidad Médica o el personal que este designe en la OOAD/UMAE El licitante que haya realizado la visita a

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

las instalaciones institucionales, deberá elaborar Constancia de esta visita la cual deberá integrarla como parte de su propuesta técnica, en una hoja de papel membretado del propio licitante, la cual deberá contener sello de la unidad médica y será firmada por el personal técnico y representante legal del licitante así como por personal de Conservación, Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía y Director de la unidad médica, debiéndose incluir el nombre, cargo, matrícula y la firma autógrafa de los servidores públicos de la OOAD/UMAE.

**De la visita a Sitio.** El instituto, por conducto del **jefe o Encargado del Servicio de Cirugía y/o Endoscopia**, será el responsable por parte del Instituto de identificar y mostrar el área física dentro de la Unidad Médica en donde se proporcionará el SMI para PMI. Para ello proporcionará las facilidades e información necesaria a los licitantes, con el propósito de que estos identifiquen las áreas físicas que sean convenientes para la instalación de los equipos y el resto de material quirúrgico que es necesario para el funcionamiento y la operación adecuada del SMI para PMI, y bienes de consumo complementarios, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, En un horario comprendido entre las 09:30 a.m. hasta las 14:00 horas, lunes a viernes, podrá realizar esta visita a sitio, previa cita concertada. En el **Anexo T12**" Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI") encontrará las direcciones y teléfonos de las Unidades Médicas para poder concertar la Cita.

En caso de que, durante la visita a sitio por parte de los licitantes, no se encuentre disponible alguno de los servidores públicos, antes mencionados, se permitirá que la **"Constancia de Visita a Sitio"**, pueda ser avalada por El Jefe de Servicio de Cirugía o el Director de la Unidad Médica. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y ubicación del espacio en el que los equipos y el material quirúrgico (instrumental y bienes de consumo), deberán ubicarse. Cabe señalar que los gastos generados por el desarrollo de estas visitas correrán a cuenta del licitante y no tendrán reembolso alguno por parte del Instituto.

**En todos los casos, visite u opte por no realizar la visita a sitio, el licitante deberá entregar en su propuesta técnica FORMATO T31 "carta relativo a la obligación del licitante , de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda"**, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de Cirugía o Endoscopia y Bienes de Consumo Complementarios y todo el material quirúrgico y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s) de las partidas en la(s) que participe.

Lo anterior servirá al licitante para la elaboración del **"Proyecto de Instalación Global de los Equipos"** en escrito libre, el cual deberá contener la propuesta de las adecuaciones necesarias y plazos de ejecución de los trabajos, dentro de los 7 (siete) días naturales arriba señalados, debiéndose integrar el documento a la Propuesta Técnica, para que sea considerado en el **Formato T0 "Programa de Trabajo"**.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos de los dichos requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

Es importante señalar que las dudas y aclaraciones que no puedan ser solventadas durante la realización de la visita en las unidades médicas, serán contestadas durante la Junta de Aclaraciones y no durante la visita a sitio. A fin de poner en igualdad de condiciones a todos los licitantes que participen.

En la visita a sitio que en su caso decida realizar el licitante a las instalaciones institucionales, deberá llevar a cabo su formalización mediante la elaboración de una **Minuta de trabajo**, misma que deberá ser firmada tanto por el personal de la unidad médica, involucrado, en la visita a sitio como del propio licitante que realizó esta visita, conteniendo la Fecha, Hora de inicio y Hora de Término, Conclusiones de la visita (adecuaciones al área), Nombres completos del personal involucrado y que estuvieron presentes colocando su cargo o puesto directivo con el que participaron y además para el personal del Instituto, deberá incluir: Nombre, Cargo, Matrícula y firma, así como los temas tratados, conforme a lo señalado en el numeral 14 del **"PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES"** publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017; para lo cual previamente el servidor público del IMSS deberá realizar la invitación con dos días hábiles previos al personal del Órgano Interno de Control (OIC), remitiéndole a este último copia simple de la minuta que se levante del acto, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Instituto, contados a partir de su formalización. Dicha minuta NO servirá de constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de cada sitio que se visite, su fin es el debido cumplimiento del protocolo señalado. Cabe precisar que el personal de Conservación de la Unidad Médica, deberá quedarse con una copia adicional de esta Minuta de Trabajo para posteriormente hacerla llegar en su momento al Administrador del Contrato, en caso de que sea asignada la partida correspondiente en el acto del fallo.

**4.2.12 Currículum individualizado del personal propuesto.** Currículum individualizado del **técnico en sitio** propuesto por el licitante, que cuente con conocimientos especializados en Mínima invasión, en asistencia en Cirugía de Mínima Invasión y en endoscopias, conocer y saber llevar a cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio.

El perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura o equivalente, con especial preparación y dedicación a PMI y/o especialista técnico en endoscopias, desinfección y esterilización de endoscopios o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, preferentemente, con la relación de equipos y sistemas necesarios para procedimientos de mínima invasión mostrados en los siguientes anexos: **Anexo T2." Equipo médico de SMI para PMI", Anexo T3 "Instrumental de SMI para PMI", Anexo T4" Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI"**

Para acreditar que cuenta con la experiencia en conocimientos especializados en el uso, instalación y aplicación de equipos de los procedimientos de mínima invasión, deberá presentar los siguientes

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

documentos: (con base al artículo 57 fracción I del RLAASSP), que contenga cuando menos la siguiente información:

- Nombre, domicilio y número telefónico.
- Escolaridad de acuerdo con las funciones del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico.
- Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación.
- Indicar periodos de inicio y término al menos con mes y año.
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma autógrafa.
- Firma autógrafa del titular del Curriculum y su Representante Legal, en el mismo documento.

El licitante deberá proponer al menos un **técnico** por cada dos torres laparoscópicas o endoscópicas, según corresponda por turno, acorde a la distribución de equipo definida en el Anexo T11 “Distribución de equipo e Instrumental de SMI para PMI” y Anexo T1 “Requerimientos de SMI para PMI”.

Solo se tomará en cuenta para el promedio como máximo 5 años de experiencia por participante, además, si el licitante oferta más personal que el solicitado, solo se promediarán los de más experiencia que completen el número de técnicos solicitados. El resto de participantes no se evaluarán.

El personal propuesto (**técnicos en sitio**) se consignará en el **FORMATO T22 “Relación de documentos a evaluar del Licitante”**, documento que deberá ser debidamente escaneado y digitalizado en ambos **Formatos PDF y Excel editable**, incluyéndose las firmas respectivas del personal propuesto y el representante o apoderado legal o la persona facultada del licitante, que avale la información anteriormente señalada.

- 4.2.13 Copias de la Cédula Profesional y el Título, para niveles de técnico, técnico superior universitario y licenciatura y de especialidad del personal propuesto.** El licitante podrá acreditar el nivel profesional de todo su personal **Técnico en Sitio** que ha sido involucrado como profesional de apoyo. Para ello, es muy recomendable que el personal propuesto cuente con el soporte académico que demuestre los niveles de titulación, para el cumplimiento del apartado experiencia del personal, de acuerdo a su nivel profesional pueden incluir las copias de la Cédula Profesional y el Título, el Certificado o la Constancia de Estudios y la Carta de Pasante o de especialidad, a nivel de licenciatura o como técnico profesional.

Copia de la Cédula Profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Título Profesional o en su caso, Constancia de Estudios o la Carta de Pasante con el avance del 75 % al 100% de créditos, en la cual se deberá certificar haber cumplido con el plan de estudios correspondiente, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del numeral **4.2.12 Currículum individualizado del personal propuesto**. En las carreras de enfermería, medicina, ingenierías biomédica, biónica, electrónica médica o

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos de los dichos requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

afines, a nivel técnico, emitidas por instituciones académicas debidamente acreditadas o reconocidas por la SEP, de conformidad con el **FORMATO T22 “Relación de documentos a evaluar del Licitante”**.

- 4.2.14 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio:** El personal propuesto por el licitante, deberá presentar de manera personalizada a nombre del personal técnico propuesto copias de certificado, constancia o diploma que certifique el dominio de herramientas relacionadas con el **SMI para PMI**.

Los cuales podrán ser emitidos por el fabricante, distribuidor autorizado de los equipos o alguna institución pública o privada a nivel nacional o internacional que cuente con el reconocimiento por el que se reconoce la competencia técnica y confiabilidad de estos organismos para la certificación de los cursos, el adiestramiento o las capacitaciones del personal en el uso, operación y aplicación de los equipos que, a continuación, se enlistan:

- Torre de Visualización
- Unidad de electrocirugía para endoscopia
- Bisturí ultrasónico
- Equipo para sellado de vasos
- Litotriptor neumático
- Láser quirúrgico de Holmio
- Microdebridador eléctrico para oído y nariz
- Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto, un video gastroscopio y un Video colonoscopia
- Unidad de electrocirugía con coagulación de argón
- Ultrasonido endoscópico
- Torre para endoscopia avanzada de aparato respiratorio adulto
- Esterilizador de vapor.
- Enteroscopia asistido con balón.
- Grabador de pH con impedancia esofágico 24 Horas.

Entendiendo que el expertis de cada técnico está en función al equipo relacionado con el “Paquete” al que va dirigido, Paquete 1 Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión, Paquete 2 Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo. Paquete, y Paquete 5 Procedimientos Funcionales Digestivos, que a su vez están agrupados en las diferentes partidas. Mediante los cuales, se deberá asegurar que el técnico en sitio tendrá la suficiente experiencia con relación a los procedimientos solicitados por cada una de las unidades médicas, incluidas en la o las partidas(s) de su interés, contenidas en el ANEXO T1 “Requerimientos de SMI para PMI” El instituto y los órganos fiscalizadores se reservan el derecho de verificar en cualquier situación durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada con la finalidad de verificar la veracidad de la información proporcionada por los licitantes. En concordancia con el **Formato T22 “Relación de documentos a evaluar del Licitante”**.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dnos. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

- 4.2.15 Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.** En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el certificado correspondiente del IMSS que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- 4.2.16 Equidad de Género.** En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014 y Norma Mexicana NOM-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, Con fecha publicada en el DOF 19 de octubre del 2015. En concordancia con el **FORMATO T22 "Relación de documentos a evaluar del Licitante"**
- 4.2.17 MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica.**  
En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.  
**Si además de ser MIPYME cuenta con innovación tecnológica,** deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el **Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)**, misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años en su caso; lo anterior en cumplimiento al artículo 10 de la **"Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"** y artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- 4.2.18 Experiencia del licitante:** Para acreditar la experiencia que podrá ser mínima de 1 año y máxima de 5 años en Servicios Médicos Integrales similares o relacionados con bienes de mínima invasión, los licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones públicas o privadas, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 5 (cinco) años), en servicios relacionados al de la presente contratación, (pudiendo presentar el número de contratos que sean necesarios para acreditar la experiencia en años) que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los meses, años o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio de los servicios.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

En concordancia con el **FORMATO T22 "Relación de documentos a evaluar del Licitante"**, dichos contratos deberán observar lo solicitado en el numeral 4.2.22 Cumplimiento de contratos, donde se establecen los lineamientos que deberán observar estos Contratos.

Podrán presentar contratos que hayan iniciado antes del periodo a evaluar, pero solo se computará el tiempo a partir del periodo solicitado. De la misma forma, se pueden presentar contratos vigentes, pero solo se contabilizará el tiempo dentro de la vigencia solicitada, por lo que máximo serán 5 años a contabilizar.

Nota: Para este rubro únicamente se tomarán en cuenta contratos que sean similares al del servicio solicitado SMI para PMI.

- 4.2.19 Especialidad del licitante.** El Licitante, deberá presentar contratos que reúnan las características propias del **Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión** (específicos de los paquetes establecidos; mínima invasión cirugía, Endoscopia, cápsula endoscópica, o pruebas funcionales digestivas), debidamente formalizados en el que acredite por lo menos un contrato y máximo 5 contratos de especialidad con instituciones públicas o privadas durante los últimos 5 (cinco) años, que se encuentren concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de contratos (máximo 5) relacionados con el servicio solicitado.

De conformidad con el **FORMATO T22 "Relación de documentos a evaluar del Licitante"**. En el numeral 4.2.22 Cumplimiento de contratos, se establecen los lineamientos que deberán observar estos Contratos.

Nota: Para este rubro únicamente se tomarán en cuenta contratos que sean de la misma naturaleza del servicio solicitado SMI para PMI. (No se tomarán en cuenta aquellos contratos que incluyan exclusivamente renta de equipo, venta de consumibles).

- 4.2.20 Metodología.** El Licitante deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo propuesto, misma que al menos deberá incluir:

- Metodología y Diagrama de flujo de la instalación, capacitación, puesta a punto e inicio de operación del (de los) SMI para PMI ofertados.
- Metodología y Diagrama de flujo de la prestación de los servicios de los SMI para PMI ofertados.
- Metodología y Diagrama de flujo del funcionamiento y matriz de escalamiento (al menos 4 niveles: Operación, supervisión gerencia y dirección) de la mesa de ayuda (Incluir medios de contacto y retroalimentación para apertura, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio).
- Metodología y Diagrama de flujo del Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, por Unidad y/o UMAE contenidas en la(s) partida(s) de su interés.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requieren, técnica y/o contractante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

- e) Metodología y Diagrama de flujo para contabilidad de procedimientos de acuerdo con lo solicitado en la presente contratación.
- f) Metodología de aplicación del Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel (DAN) mediante el formato contenido en el **FORMATO T25 Manual de Desinfección de Alto Nivel (DAN)**, para los endoscopios

**Nota:** El nivel de calidad en el servicio prestado que supere las expectativas antes presentadas y que se traduzca como una "mejora" a lo solicitado en la Metodología, propuesta, podrá incluir "mejoras" relacionadas con los procesos del servicio, que pueden estar relacionadas, por citar algunos ejemplos, con una disminución en los tiempos de entrega, de atención de fallas o la propuesta de un horario extendido de la mesa de ayuda de 24 horas de lunes a domingo entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio e impacten de manera positiva en la atención de la derechohabiente.

**4.2.21 Plan de trabajo** propuesto, deberá presentarse conforme al **Formato T0 plan de trabajo** (contenido en "FORMATOS de SMI para PMI"), en el cual se deberán especificar los tiempos que serán establecidos para la implantación del servicio y además ser congruente con la metodología presentada en el desarrollo del servicio, la cual al menos deberá contener:

- I. Nombre del Servicio, Nombre de la empresa, Fecha de elaboración, Objetivo General, Objetivos Específicos. Descripción amplia y detallada del "Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión" de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y el resto de documentos que forman parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo equipos, instrumental, bienes de consumo básicos y complementario y personal involucrado con el número de técnicos por partida, para la prestación del servicio y demás aspectos que requeridos para la contratación.
- II. Estrategias, Líneas de Acción.
- III. Diagrama de Gantt con la temporización de las diferentes fases del proceso previas al inicio de la prestación del servicio (Afinar detalles de la integración técnica del PLAN DE TRABAJO, Entrega del plan de trabajo, Formalización del Contrato, Entrega de Garantía, Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar, Entrega del Programa de Transferencia de Conocimiento (previa y continua) Entrega ,instalación y puesta en marcha y operación, del equipo, Entrega de Bienes de Consumo básicos, Entrega de Bienes de Consumo Complementarios, Inicio de la prestación del servicio).
- IV. Diagrama de Gantt de la instalación, puesta a punto e inicio de operación del (de los) SMI para PMI ofertados.
- V. Diagrama de Gantt El Programa de Transferencia del conocimiento (capacitación) sobre los equipos del SMI para PMI con temario por objetivos, teórico y práctica.
- VI. Diagrama de Gantt de la prestación de los servicios de los SMI para PMI ofertados.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dnos requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

- VII. Diagrama de Gantt del Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, por OOAD o UMAE contenidas en la partida(s) de su interés.
- VIII. Diagrama de Gantt para contabilidad de procedimientos de acuerdo con lo solicitado en la presente contratación.
- IX. Diagrama de Gantt del Calendario de desinstalación de equipamiento del SMI para PMI (al concluir su contrato).

**Nota:** El nivel de calidad en el servicio prestado que supere las expectativas antes presentadas y que se traduzca como una "mejora" a lo solicitado en el Plan de Trabajo, propuesto, que pueden estar relacionadas con los procesos del servicio, incluyéndose mejoras desde el punto de vista técnico y del personal, costos, y sus diferentes fases de implementación, desarrollo, implantación y actividades del mismo, entre otros, que mejoren la operación para la prestación del servicio e impacten de manera positiva en la atención de la derechohabencia.

**4.2.22 Presentar el curriculum empresarial y la estructura organizacional**, que refleje toda la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares al de la presente contratación **dentro de su actividad empresarial**, conforme a lo siguiente: El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, requeridos; técnicos en sitio, los supervisores de operación, (mediante **Formato T19** "Designación de Supervisor de Operaciones) y, **Formato T20** "Designación de Técnicos en sitio"), debiendo considerar sus niveles de Organización Empresarial (Dirección, Gerencia, Supervisión y Operación), incluyendo correos electrónicos de contacto, números telefónicos (celular y fijo en oficina) de contacto del personal. Lo cual, deberá ser coincidente con el desarrollo de la Metodología presentada y el Plan de Trabajo propuesto en la organización del mismo.

- 1) El Organigrama del licitante deberá incluir al personal indicado en el rubro "Capacidad del licitante", así como los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular, nombre, puesto y funciones del personal propuesto.
- 2) Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico o especializado en sitio (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección), incluyendo nombre, puesto y funciones del personal propuesto.
- 3) Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección), incluyendo nombre, puesto y funciones del personal propuesto en un horario mínimo de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

El licitante deberá presentar certificados de gestión como empresa **ISO-9001:2015 Servicios Integrales**, como parte de su Propuesta Técnica, que en el caso de participaciones conjuntas al menos una de las empresas deberá estar certificada. De conformidad con el **Formato T22 "Relación de documentos a evaluar del Licitante"**.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203









ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**5. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Durante la prestación del "Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión" (SMI para PMI) deberán de considerarse y ajustarse a los siguientes términos:

**5.1 Cobro.**

En el caso de llevarse a cabo, en el mismo evento, más de un procedimiento de catálogo, se cobrará sólo el de mayor costo, siempre y cuando compartan los mismos Bienes de Consumo Básico (BCB) para el abordaje y por separado los Bienes de Consumo Complementarios (BCC) que se hayan utilizado. Para fines estadísticos el Técnico deberá anotar en el **FORMATO T14** "Reporte individual de Procedimientos y de bienes de consumo complementarios".

En el caso de Unidades con servicio pediátrico, se cobrará la clave que se haya utilizado según constitución del paciente (peso y talla), no necesariamente por edad, pudiendo aplicar a claves de adulto y pediátricas.

Si durante la prestación del servicio, el médico le solicita al personal técnico del proveedor un bien de consumo complementario y el proveedor no dispone del mismo, tendrá que sustituirlo por otro que cumpla con la misma función y calidad, y si el bien de consumo complementario sustituto tiene mayor costo, se deberá facturar con el costo del bien inicialmente solicitado. Esto deberá registrarse en la hoja de consumo respectiva y estar firmado por el médico y el personal técnico de la empresa, al finalizar dicho procedimiento.

**5.2 Modificaciones al contrato:**

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **Artículo 68** fracción IV de su Reglamento, el Instituto podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al contrato dentro de la vigencia del mismo.

**5.2.1 Reasignación de número y tipo de procedimientos:**

La determinación del número y tipo de procedimientos asignados en el ANEXO T1 "Requerimientos de SMI para PMI" así como en el **ANEXO T4 "Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI"**, por UMAE/OOAD, es de tipo enunciativo, más no es limitativo, de tal manera que los OOAD y UMAE, **siempre que se respete el presupuesto asignado**. Podrán realizar los siguientes cambios\*:

- Para el caso de que las unidades médicas que por causas de: infraestructura, cambio de adscripción del personal y/o cambios en la demanda de atención médica del derechohabiente, podrá realizar cambios en el tipo y número de procedimientos mediante una redistribución de procedimientos en la misma unidad médica, así como, asignación de requerimientos entre las unidades médicas de una misma OOAD/UMAE.
- En el caso de unidades médicas nuevas o que se encuentran próximas a su apertura, que cuenten con asignación de presupuesto y por tanto de requerimientos, si por causas ajenas a la misma no se encuentran habilitadas en el momento del inicio del Servicio Médico Integral, estos procedimientos y presupuesto se podrán reasignar a unidades médicas del mismo OOAD.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

\*La reasignación podrá realizarse mediante la celebración de convenios modificatorios para incluir Unidades Médicas que no están dentro de la adjudicación del servicio pero pertenezcan a una OOAD que esté considerada dentro del requerimiento. Para tal efecto deberán elaborar una **minuta de acuerdos** firmada y rubricada por todas las partes involucradas proveedor y servidores públicos del instituto (administrador y auxiliar de contrato de las sedes), debiendo enviar copia de conocimiento de la minuta a la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo.

**5.3 Sustitución de equipo médico y bienes de consumo:**

Si durante la prestación del servicio, el médico le solicita al personal técnico del proveedor un bien de consumo complementario y este no dispone del mismo, tendrá que substituirlo por otro que cumpla con la misma función y si el bien de consumo complementario substituto tiene mayor costo, se deberá facturar con el costo del bien inicialmente solicitado. Esto deberá registrarse en la hoja de consumo respectiva y estar firmado por el médico y el personal técnico de la empresa, al finalizar dicho procedimiento.

Si el equipo médico, instrumental y bienes de consumo con los que el proveedor proporciona el servicio **no cumplen con la funcionalidad requerida**, en el transcurso del contrato, éstos deberán ser sustituidos, con conocimiento entre las partes (administrador del contrato y licitante).

Para lo cual, deberá cambiarse por otro que cumpla con todas y cada una de las especificaciones técnicas pertinentes, iguales al que dio origen a la prestación del servicio, en un término de **cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación**, presentando la documentación correspondiente a los registros sanitarios.

El proveedor deberá proporcionar los números telefónicos y el correo electrónico del personal, en cada una de las unidades médicas del Instituto en las cuales haya sido adjudicado, conforme **ANEXO T12 "Catálogo de Unidades Médicas con SMI para PMI"**.

Con el fin de que se registren los reportes en las fallas de los equipos médicos, problemas con el instrumental y deficiencias con el abasto de bienes de consumo, por citar algunos ejemplos.

Así como por el reporte de fallas en la asistencia técnica en las unidades médicas.

En caso de existir cambios en la numeración de algún de los teléfonos proporcionados y los correos electrónicos, éstos serán notificados por escrito a los Jefes de Servicio de la Unidad Médica, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas.

**5.4 Información de los Contenidos y Requerimientos:**

Como parte del servicio, el licitante deberá informar a las unidades médicas asignadas el contenido de su servicio específico, al área operativa: Cirujanos de las diferentes especialidades y Endoscopistas, cuales equipos médicos, bienes de consumo, tanto básicos como complementarios tienen asignados, debiendo tener evidencia de esta información y en apego al **FORMATO T27 "Información de los Contenidos y Requerimientos de la Unidad Médica Asignada a Proporcionar en el SMI para PMI"** dentro de los 7 (siete) días naturales posteriores a la emisión del fallo.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas en el presente documento, el Instituto no dará por aceptado el servicio. Las condiciones contenidas en el presente documento y en las proposiciones presentadas por los licitantes **NO PODRÁN SER NEGOCIADAS**.

**6. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**

El Administrador del Contrato de la UMAE / OOAD, según corresponda, será el responsable de notificar al Proveedor del servicio, de la fecha de terminación de contrato y la del retiro de los equipos de su propiedad, con 15 (quince) días naturales de anticipación.

El Administrador del Contrato tendrá la facultad de solicitar a la unidad médica la supervisión de las instalaciones al momento del retiro de los equipos y bienes del proveedor del servicio, para observar que no exista un daño voluntario o involuntario en el desarrollo de estas actividades y en apego a lo establecido en las cláusulas de terminación del contrato.

La devolución de las instalaciones por parte del Proveedor se hará constar en minuta de trabajo que levantará el Administrador del contrato.

**7. NIVELES DE SERVICIO.**

El licitante adjudicado, durante la vigencia del contrato, deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIVELES DE SERVICIO                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega, instalación, puesta en operación y resolución de problemas de los equipos médicos del SMI PARA PMI para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el apartado. 3. EQUIPO MÉDICO del ANEXO TÉCNICO Y en el APARTADO 4 LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO de este documento. | Dentro de los 7 (siete) días naturales contados a partir de la emisión del fallo.                                                                                        |
| Dotación de los sets de instrumental descrito en el Anexo Técnico; apartado. 4. INSTRUMENTAL y enumerados en el Anexo T3 "Instrumental de SMI para PMI", por OOAD/UMAE del ANEXO TÉCNICO.                                                                                                                                | Deberá ser el día 5 (cinco) natural después del fallo.                                                                                                                   |
| Primera dotación de bienes de consumo corresponderá al consumo estimado de 7(siete) días hábiles por UMAE /OOAD.                                                                                                                                                                                                         | Deberá ser el día 5 (cinco) naturales posteriores al fallo.                                                                                                              |
| Mantenimiento preventivo de los equipos médicos y del instrumental, remplazo del instrumental endoscópico.                                                                                                                                                                                                               | En los periodos contenidos en el Calendario del Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental conforme a lo establecido en el Anexo Técnico |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contractante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                  | NIVELES DE SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | apartado 6. FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reporte de cumplimiento del cronograma de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental.                                                                                                                 | Según lo sugiera en manual del fabricante si no está especificado será cada 6(seis) meses o antes de ser necesario, utilizando el FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, donde se consignan observaciones (ejemplo "sin incidencia de fallas o pasa a mantenimiento correctivo".                                         |
| Reporte de Mantenimiento preventivo a detalle por Equipo e Instrumental                                                                                                                                                   | Formato Libre del licitante en Bitácora de mantenimiento tipo check List que deberá contener a detalle el Reporte individual en tipo Check List de puntos de revisión por equipo e Instrumental acorde a la marca y modelo.                                                                                                       |
| Reporte de Mantenimiento correctivo de los equipos médicos del SMI PARA PMI, y asistencia técnica en términos del numeral 6.2 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO" del Anexo Técnico.                                               | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas en área metropolitana y 72 horas en áreas rurales, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica así como por correo electrónico, donde se asignará un número de folio, utilizando el FORMATO T6 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. |
| Asistencia Técnica: deberá proporcionar la asistencia técnica, para el uso óptimo de los equipos médicos, accesorios e instrumental y bienes de consumo.                                                                  | FORMATOS T 14 REPORTE INDIVIDUAL y T15 REPORTE MENSUAL.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Para el técnico de asistencia del SMI PARA PMI con uso de endoscopios deberá cumplir con el Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización para los endoscopios.                     | FORMATO T25 Manual de Desinfección de Alto Nivel (DAN).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bien de consumo básico y complementario con defecto o falla.                                                                                                                                                              | La sustitución inmediata por otro de iguales características a las requeridas                                                                                                                                                                                                                                                     |
| El proveedor entregará a través de sus técnicos el instrumental y bienes de consumo, estériles y completos, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, en los apartados 6.3.1 ACTIVIDADES ASISTENCIALES DEL TÉCNICO. | Deberá entregar y tener listos 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Transferencia del conocimiento, descrito en el Anexo Técnico apartado 8.                                                                                                                                                  | Deberá ser a partir de que llegue el equipo a la unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reporte de productividad: El Licitante deberá generar un reporte en Excel y PDF firmado y rubricado por el representante legal y el jefe de Servicio mismo que deberá entregar a la Unidad                                | FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSMI", entregará durante los primeros 5 días posteriores al cierre de cada mes calendario del servicio.                                                                                                                          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| CONCEPTO                                                                                                                                                                               | NIVELES DE SERVICIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Médica en físico y en archivo electrónico de manera mensual, a la Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento vía correo, como sustento de la productividad realizada en el periodo. |                     |

**8. UNIDAD DE MEDIDA**

La unidad de medida se refiere al **Procedimiento efectivamente Realizados** de acuerdo con el **ANEXO T1 "Requerimiento de SMI para PMI"**.

**9. PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES**

**9.1 Penas Convencionales.**

Se aplicará una pena convencional por cada día natural de **atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio**, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente en cada uno de los supuestos siguientes.

El Administrador del Contrato será el responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor, las penas convencionales. La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato, auxiliándose por el Jefe de Servicio o Coordinador Clínico y Administrador de la Unidad Médica, quienes documentaron la incidencia o incumplimiento por cada día conforme a la siguiente Fórmula:

$$Pca = \%d \times nda \times vspa.$$

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vsps = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben realizarse previo al inicio de operación.

**En ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI millenium.**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/00000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

En caso de existir alguna pena convencional se notificará mediante el **FORMATO T15.1 “Notificación de Pena Convencional Aplicable”**, al licitante resultado de la conciliación realizada entre el **FORMATO T15 “Reporte Mensual de procedimientos y bienes de consumo utilizados”** y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

La penalización se calculará a partir del plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben aplicarse **bajo el principio de proporcionalidad**, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada por la totalidad del monto contratado y que deben de realizarse previo al inicio de operación, en ningún caso se deberá autorizar el pago de los servicios si no se ha determinado, calculado y notificado al licitante adjudicado las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

| Concepto                                                                                                   | Unidad de Medida                                               | Penalización                                                                                                                                                              | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor de la Pena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación de los equipos médicos.                  | Cuando exceda los 7 (siete) días naturales a partir del fallo. | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | El Jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                          |
| 2. Incumplimiento en la entrega inicial, del instrumental médico para la puesta en operación del servicio. | Cuando exceda los 5 (cinco) días naturales a partir del fallo. | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | El Jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                          |
| 3. Incumplimiento de la primera dotación de bienes de consumo Básicos y Complementarios.                   | Cuando exceda los 5 (cinco) días naturales a partir del fallo. | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada.                                                                            | El Jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la personería jurídica de la OADH regional Cúcuta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización del Instituto de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la personería jurídica del Departamento Cúcuta. La validez de la unidad administrativa responsable del mismo, en consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

COLSI/DC2020/000203

COLUSJ/DC/2026/00000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| Concepto                                                                                                                            | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penalización                                                                                                                                                              | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor de la Pena |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente.                                                                                                |                                           |                                                                      |
| 4. Incumplimiento de la transferencia de conocimiento previa.                                                                       | Cuando exceda los 7 (siete días naturales a partir del fallo.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | El Jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                          |
| 5. Cuando no se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo. | En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el proveedor.                                                                                                                                                                                       | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | Ing. Biomédico/ Jefes de esta área.       | Administrador del Contrato.                                          |
| 6. Cuando no se lleve a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos.                                                    | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana, y 72 (setenta y dos) horas, para las áreas rurales, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente. | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | Ing. Biomédico/ Jefes de esta área.       | Administrador del Contrato.                                          |
| 7. Cuando no se tenga                                                                                                               | De acuerdo con los                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 (uno) % de la                                                                                                                                                           | El jefe de Servicio de esta               | Administrador de                                                     |

La revisión jurídica del presente es jurada realizada por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDA regional Cuzco en el momento 7.31, puntos 1, 8 del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o suficiencia de la unidad administrativo responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJDC202006000203

COLUSJ/DC/2026/00000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad de Medida                                                                  | Penalización                                                                                                                                                                             | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor de la Pena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| la Presencia del Técnico durante la preparación de los equipos médicos, y bienes de consumo y durante el procedimiento.                                                                                                                                                                                                                     | horarios señalados y acordados con los jefes de servicio.                         | cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente.                                | área.                                     | Contrato.                                                            |
| 8. Cuando no se lleve a cabo el registro de la productividad en el Formato T14 Reporte Individual De Procedimientos Y Bienes De Consumo Complementario, Formato T15. "Reporte mensual de procedimientos y bienes de consumo utilizados "de los procedimientos realizados, contratados en cada uno de los procedimientos, según corresponda. | Durante los primeros 5 (cinco) días posteriores al cierre de cada mes calendario. | 0.5 (cero punto cinco) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | El Jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                          |
| 9. Los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento de Cirugía, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimientos programados.                                                                                                                                | 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.                                 | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el procedimiento no prestado oportunamente.           | El Jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dnos. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Concepto                                                                                                           | Unidad de Medida                                                                  | Penalización                                                                                                                                                              | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor de la Pena |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 10. Incumplimiento en el inicio de la prestación del servicio con base en el plazo ofertado en el plan de trabajo. | Cuando exceda del plazo establecido originalmente en su plan de trabajo ofertado. | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | El Jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                          |

## 9.2 Deducciones

En el procedimiento para la aplicación de las deducciones, el Administrador del Contrato será responsable de notificar, calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida, o bien el servidor público en el que éste delegue la facultad, deberá establecer el límite máximo que se aplicará por concepto de deducción de pagos a partir del cual se podrán cancelar la o las facturas objeto del incumplimiento parcial o deficiente, en todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante es acreedor a una deductiva basada en la tabla de deducciones.

\*Las deducciones al pago de bienes o servicios previstos en el artículo 58 de la Ley serán determinadas en función de los bienes entregados o servicios prestados de manera parcial o deficiente. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y **sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento** que le corresponda del monto total del contrato. Art. 98 primer párrafo del RLAASSP

Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que el proveedor presente para su cobro, inmediatamente después de que el Área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente. Art. 98 segundo párrafo del RLAASSP.

En caso de existir alguna deductiva se notificará mediante el **FORMATO T15.2 "Formato de Notificación de Deductivas"**, al licitante resultado de la conciliación realizada entre el **FORMATO T15 "Reporte Mensual de procedimientos y bienes de consumo utilizados"** y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requerientes, técnica y/o contratante.

CO/JS/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| Concepto                                                                                                                                                                                                                    | Nivel de servicio                                                                                  | Unidad de Medida                              | Deducción                                                                                                                                                                                                                                             | Límite de incumplimiento o motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor de la Deducción |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fallas del funcionamiento de los equipos médicos iniciada la prestación del servicio.                                                                                                                                    | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas contadas a partir de la notificación del reporte. | Cuando exceda las 48 (cuarenta y ocho) horas. | 0.25 (cero punto veinticinco) % del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente de funcionamiento de los equipos médicos durante la puesta en operación para la prestación del servicio. | Hasta en 3(tres) ocasiones al año.                          | El jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                               |
| 2. Entrega parcial y/o deficiente del Instrumental, que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento, para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica. | Entrega de instrumental a los 30 minutos antes del procedimiento.                                  | Cuando exceda los 30 minutos                  | 0.25 (cero punto veinticinco) % del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente del Instrumental, que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento.              | Hasta en 3(tres) ocasiones al año.                          | El Jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                               |
| 3. Entrega parcial y/o deficiente de los bienes de consumo que                                                                                                                                                              | Entrega de bienes de consumo nuevos 30 minutos antes                                               | Cuando exceda los 30 minutos                  | 0.25 (cero punto veinticinco) % del importe total sin IVA del mes de la factura                                                                                                                                                                       | Hasta en 3(tres) ocasiones al año.                          | El jefe de Servicio de esta área.         | Administrador del Contrato.                                               |

La revisión jurídica del presente es jurada realizada por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco, en el momento 7.31, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o suficiencia de la unidad administrativo responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJDC202006000203

COLUSJ/DC/2026/00000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Concepto                                                                                                                                                                                                       | Nivel de servicio                                                                                                                                                                                 | Unidad de Medida                                                                                                                                              | Deducción                                                                                                                                                                  | Límite de incumplimiento o motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento o | Responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor de la Deducción |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento quirúrgico, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica. | del procedimiento.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               | correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento.            |                                                             |                                             |                                                                           |
| 4. Cuando se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos de forma deficiente de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo.                                                           | En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el proveedor y forma de realizarlos sin apego al manual de sugerencia del fabricante. | Retraso en tiempo y forma, a la fecha programada sin previo aviso, y deficiencia con soporte en la inspección de las bitácoras de mantenimiento o preventivo. | 0.25 (cero punto veinticinco) % del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente del mantenimiento preventivo. | Hasta en 3(tres) ocasiones al año.                          | Ing. Biomédico/ Jefes de esta área.         | Administrador del Contrato.                                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos que determinan los requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC2026/000/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Concepto                                                                                                                                 | Nivel de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad de Medida                                                                                                                                                                               | Deducción                                                                                                                                                                                                      | Límite de incumplimiento o motivo de rescisión del contrato                                                                                                     | Responsable de reportar el incumplimiento o | Responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor de la Deducción |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5. Cuando se lleve cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos de forma deficiente.                                          | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana, y 72 (setenta y dos) horas, para las áreas rurales, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente. | Por cada día natural que exceda el nivel de servicio de acuerdo a las más de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana, y más de 72 (setenta y dos) horas, para las áreas rurales, | 0.25 (cero punto veinticinco) % del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente del mantenimiento correctivo.                                     | Si el mismo equipo presenta una 4ta incidencia de fallo en un lapso de 30 días o no se sustituya un equipo reportado descompuesto y han pasado más de 72 horas. | Ing. Biomédico/Jefes de esta área.          | Administrador del Contrato.                                               |
| 6. Cuando no se lleve a cabo la sustitución del bien de consumo Básicos o complementarios con defecto o falla, durante un procedimiento. | Dentro de los 15 minutos de haberse notificado al técnico del fallo o desperfecto.                                                                                                                                                                                                                              | Cuando exceda de 15 minutos de haberle notificado al técnico                                                                                                                                   | 0.25 (cero punto veinticinco) % del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente de la sustitución de bienes de consumo básicos o complementarios. | Hasta en 3 (tres) ocasiones en el mes.                                                                                                                          | El Jefe de Servicio de esta área.           | Administrador del Contrato.                                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**10. GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.**

El prestador de servicios, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 70 del RLAAASP, la cual será divisible y será a través de una fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo establecido en el contrato, sin considerar el I.V.A., las cuales se constituirán en términos del artículo 48 de la LAASSP, artículo 103 de su Reglamento; así como el numeral 4.24.4., inciso j) de las POBALINES.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato sea igual o menor a 900 UMA's (Unidad de Medida y Actualización), el licitante podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, a través de cheque de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total máximo del contrato, sin considerar el IVA.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, se liberará mediante autorización por escrito del administrador del contrato designado por parte del IMSS, siempre y cuando el prestador de los servicios haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

**11. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO.**

El licitante deberá presentar posterior a la fecha del corte de los servicios, la factura electrónica y el reporte de procedimientos aprobados por el Jefe del Servicio de Cirugía/Endoscopia, en el periodo, obtenido del Sistema del Instituto para el visto bueno del Director Administrativo, a más tardar cinco días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura electrónica misma, que deberá referir los procedimientos aprobados que se encuentran señalados en el reporte, del cual se le hará de su conocimiento al Administrador del Contrato.

El pago se realizará en moneda nacional, mediante transferencia electrónica de fondos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor en el Área de Trámite de Erogaciones ubicada en la UMAE / OOAD según corresponde y en base al ANEXO T12 Catálogo de Unidades Médicas con SMI para PMI (anotar domicilio completo de la UMAE / OOAD), las OOAD recibirán documentos para trámite de pago de lunes a viernes con horario de 08:00 a 13:00 horas y en la División de Trámite de Erogaciones de 9:00 a 14:00 horas. Conforme al numeral 4.20 del **"Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos"** de la factura electrónica que reúna los requisitos fiscales respectivos indicando número de proveedor, número de contrato, número de fianza, denominación social de la afianzadora, así como el reporte de los procedimientos aprobados en el periodo. Ambos documentos deberán estar previamente autorizados por el administrador del contrato.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contractante.

CO/JS/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

La factura electrónica “CFDI” deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

El licitante para efecto de pago deberá presentar su factura con al menos los siguientes datos del Instituto:

- Nombre.
- R.F.C.
- Domicilio.
- Número de instrumento jurídico.
- Número de Proveedor.
- Número de procedimiento de contratación.
- Número de la fianza
- Denominación social de la afianzadora.

El Área de Trámite de Erogaciones, será el responsable de devolver al proveedor la factura electrónica o del documento de que se trate, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, comunicándole los errores o deficiencias detectadas.

Con fundamento en el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:

**Artículo 66. Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:**  
**III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.**

Derivado de lo antes señalado, a partir de la simplificación de los requisitos en general para procesar los pagos de los capítulos 2000 y 3000 del Clasificador por Objeto del Gasto (COG), son los siguientes requisitos:

- Evidencia de la existencia de un convenio o contrato, o del documento con el que justifique la existencia de una obligación del IMSS para el pago de una contraprestación;
- Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) por los bienes o servicios prestados al IMSS; y
- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

El presente procedimiento no contempla el otorgamiento de anticipo.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

COG/SD/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

## 12. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN

El Instituto realizará el pago de la prestación del Servicio Médico Integral de Procedimientos para Mínima Invasión (SMI PARA PMI), de acuerdo al Reporte Individual **FORMATO T14** "Reporte Individual de Procedimientos y Bienes de Consumo Complementarios", así como del reporte mensual, **FORMATO T15**. Y **FORMATO T26** "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSMI". Derivados de los reportes firmados por los médicos especialistas, que realizan los procedimientos y avalados mediante la firma del Jefe de Cirugía /Endoscopia según sea el caso, a más tardar el último día hábil del mes y firma del Director Médico de la Unidad de la UMAE / OOAD así como por el representante legal del licitante.

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, reporte mensual de procedimientos realizados por el proveedor, debidamente conciliado por la unidad médica, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica.

## VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO Y LA ACEPTACIÓN DEL MISMO

La verificación del servicio se llevará a cabo por los siguientes personajes: Jefe de Servicio/División de Cirugía o Endoscopia y por el Jefe de Conservación/Biomédico, éste mediante los registros, reportes, incidencias, informes o documentos a que haya a lugar como se detalla en la siguiente tabla:

| RESPONSABLE DE REPORTAR INCUMPLIMIENTOS  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTOS INVOLUCRADOS Y DE LOS CUALES SE HARÁ ENTREGA COPIA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | 1. Verifica que la recepción e instalación de los equipos médicos dentro de los 7 (siete) días naturales contados a partir de la emisión del fallo. E instrumental y Bienes de consumo, se lleve a cabo, dentro de los 5 (cinco) días naturales contados a partir de la emisión del fallo. | FORMATO T7 “Recepción de Equipo<br>FORMATO T7.1 “Recepción de Sets de instrumental”<br>FORMATO T17 “Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico”<br>FORMATO T18 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios”.          |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | 2. Verificar que el proveedor entregue al inicio de la vigencia del contrato y prestación del servicio a los responsables los documentos involucrados. Y distribuirlos al jefe de Servicio correspondiente.                                                                                | Calendario del Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos<br>Bitácora de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos.                                                                                                                              |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | 3. Revisar que se lleve a cabo la transferencia del conocimiento antes del inicio de la prestación del servicio en un plazo no mayor al día 7 (siete) natural de la emisión del fallo                                                                                                      | Programa de transferencia del conocimiento<br>FORMATO T8.<br>Lista de asistencia del personal que tomó la transferencia del conocimiento FORMATO T9.<br>Constancia emitida por el proveedor y firmada tanto por el proveedor como por los responsables institucionales. |
| Auxiliar(es) del Administrador           | 4. Avala, en su caso el cambio o actualización de los equipos, instrumental y/o bienes de consumo; así                                                                                                                                                                                     | Solicitud de cambio.<br>Registros sanitarios según corresponda.                                                                                                                                                                                                         |

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron estudiados por la persona titular de la Jefatura de Especialidades de la ODDD Regional Cuzco en el momento 7.2.1, puntos 1.1, 1.8 del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CUS/PD/C24600000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| RESPONSABLE DE REPORTAR INCUMPLIMIENTOS  | DE  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                              | DOCUMENTOS INVOLUCRADOS Y DE LOS CUALES SE HARÁ ENTREGA COPIA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato*                                |     | como el software de los equipos.                                                                                                                                                                                       | Formatos Involucrados:<br>FORMATO T7 "Recepción de Equipos",<br>FORMATO T7.1 "Recepción de Sets de instrumental" FORMATO T17 "Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico", FORMATO T18 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios". |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | 5. Verificará que se lleve a cabo el programa de mantenimiento preventivo de acuerdo a la recomendación del fabricante y se registren las firmas de conformidad en la Bitácora de servicios de equipo.                 | Programa de Mantenimiento. Preventivo de los Equipos Médicos.<br>Bitácora de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos.                                                                                                                                                          |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | 6. Verificará que se realicen los reemplazos del instrumental reusable 24 horas antes de la fecha programada para su uso.                                                                                              | Bitácora de Mantenimiento Preventivo del Instrumental.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | 7. Verificará de forma aleatoria, que se lleve a cabo las acciones descritas en el Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización.                                                | Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización<br>FORMATO T25.                                                                                                                                                                                    |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | 8. Verificará que se haya realizado la entrega de la primera dotación de bienes de consumo al día 5 (cinco) de forma suficiente para la primera semana de servicio.                                                    | FORMATO T13 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos"<br>FORMATO. T 18"Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios"                                                                                                                            |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | 9. Verificará la suficiencia del inventario de los bienes de consumo mínimo para una semana de labores de forma aleatoria por lo menos una vez al mes.                                                                 | FORMATO T13 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos"<br>FORMATO T 18 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios"                                                                                                                            |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | 10. Verificará que el proveedor entregue completos, a través de su técnico, el instrumental y bienes de consumo estériles requeridos para los procedimientos, 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.        | Reporte individual de procedimiento y Bienes de Consumo FORMATO 14.                                                                                                                                                                                                                    |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | 11. Verificará si hubo la cancelación de algún procedimiento programado por causas imputables al proveedor al día hábil siguiente de la fecha de programación quirúrgica.                                              | Bitácora de Reporte de Incidencias FORMATO T 16                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | 12. Verificará que el proveedor retire los equipos que son de su propiedad, confirmando sean los enunciados en el Formato T7"Entrega/ Recepción de Equipos", sin dañar las instalaciones del Instituto.                | Acta de entrega de las instalaciones y Formato T7 "Entrega/ Recepción de Equipos".                                                                                                                                                                                                     |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | 13. Informar oportunamente al área contratante, de los incumplimientos del licitante dentro de los 5 días posteriores a cierre del mes, para el caso de que se requiera llevar a cabo rescisión del contrato, debiendo | Documentación original que soporte el incumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                  |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por el personal titular de la Oficina de Servicios Jurídicos de la OOAD regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.2.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Oficina de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

**COJ/SJDC2026/6-000203**

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la compraventa, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos posteriores a los citados, técnico y/o contable.

COL/SJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| RESPONSABLE DE REPORTAR INCUMPLIMIENTOS  | DE  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | DOCUMENTOS INVOLUCRADOS Y DE LOS CUALES SE HARÁ ENTREGA COPIA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |     | precisar en qué consisten las obligaciones contractuales incumplidas, relacionándolas con la(s) cláusula(s) correspondientes.                                               |                                                                                             |
| Auxiliar(es) del Administrador Contrato* | del | Conformación del grupo de administración del servicio, dicho grupo será coordinado por los servidores públicos de la UMAE / OOAD del Instituto que le hayan sido asignadas. | Acuerdos de niveles de operación y el Plan de Trabajo.                                      |
|                                          |     | Establecimiento y firma de los acuerdos de operación de conformidad con la UMAE / OOAD que le haya sido asignada, así como con terceros que designe el mismo.               |                                                                                             |
|                                          |     | La UMAE / OOAD obtendrá la firma de los otros licitantes s y terceros.                                                                                                      |                                                                                             |

\* El Administrador del Contrato una vez designado por escrito como lo dispone el numeral 4.24.6 de las POBALINES, podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares deberán ser designados por escrito, y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

**13. OBLIGACIONES DEL LICITANTE A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.**

Dentro de su proposición el licitante deberá considerar que, al término del contrato coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo con el nuevo proveedor, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios. Al término de la vigencia del contrato, el licitante adjudicado se obliga a retirar los equipos que son de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto, previo acuerdo con las autoridades de la unidad médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, dejando constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones a entera satisfacción del Instituto.

**15. EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES**

Los criterios de evaluación que el Instituto tomará en consideración son los siguientes:

**Criterios generales de Evaluación:**

Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se evaluarán a través de criterio binario.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contractante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

La Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento (CTSMI) realizará el análisis detallado de las ofertas técnicas bajo los siguientes criterios:

1. Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la **propuesta técnica** de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas.
2. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema Compras MX, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.
3. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello, lo previsto en el artículo 37 en lo relativo al criterio de puntos.  
Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos, el instrumental y los bienes de consumo tanto básicos como complementarios que sean ofertados, conforme a lo solicitado en el **Anexo Técnico**, en el que el licitante deberá puntualizar las partidas en las que participa, los equipos, el instrumental y los bienes de consumo solicitados para la prestación del servicio, debidamente referenciados por partida y paquete solicitado, especificando las características y requisitos obligatorios señalados en los Anexos **T2."Equipo médico de SMI para PMI"**, **Anexo T3 "Instrumental de SMI para PMI"**, y **Anexo T4."Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI"** de la presente convocatoria.
4. Se comprobará la inclusión de las marcas, modelos y/o fabricantes indicados en el **Formato T21"PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" (presentar formato en PDF y Excel editable)**, y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta.
5. Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el **Formato T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" (presentar formato en PDF y Excel editable)**, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta.
6. Se verificará la correspondencia de los registros sanitarios con la referencia técnica del licitante, indicada en el **Formato T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" (presentar formato en PDF y Excel editable)**. Incluyendo marcas, modelos y fabricantes con los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad solicitados en el Anexo Técnico.
7. No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la proyecto de planeación , así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.
8. La evaluación de la documentación técnica se realizará por la Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento y con apoyo del personal operativo de los OOAD.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

## 16. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD.

Para garantizar el seguimiento y evaluación adecuados, se deberá enviar el **Formato T26 “Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI”**, validado por el OOAD/UMAE al correo [ctsi.pmi@imss.gob.mx](mailto:ctsi.pmi@imss.gob.mx) donde se registrarán los PMI realizados a los pacientes, con todos los datos necesarios para la identificación y vigencia de derechos, así mismo la información correspondiente a la prestación del propio servicio como: número de contrato, fecha del procedimiento realizado al paciente, precio unitario, importe total, importe con IVA, nombre y matrícula del médico que autorizo, etc.

El sistema de información diseñado para el propósito en mención, lo que permitirá a todas las áreas involucradas el registro del uso los PMI realizados a cada paciente por cada unidad médica de los diferentes niveles de atención, enlazar el sistema de abasto institucional (SAI) con la información para el alta de servicios y articulación con el sistema de planeación de recursos institucionales (PREI); esto con el fin de registrar el pasivo devengado, seguimiento de su documentación y pago, así mismo esta documentación permitirá a las áreas usuarias de la información y fiscalizadores acceder a la información detallada en la que están sustentados los registros contables y presupuestales de los PMI. Además, la información del sistema de información de PMI debe estar en posesión única y exclusivamente del Instituto.

**SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

|                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador del Contrato                                              | Auxiliares del Administrador del Contrato                                                                                                                                  |
| OOAD<br>Titular o Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos | Jefe o Encargado de Servicios de Prestaciones Médicas<br>Coordinador Delegacional de Informática<br>Director de la Unidad Médica<br>Jefe de Servicio de Cirugía/Endoscopia |
| UMAE<br>Titular o Encargado de la Dirección Administrativa              | Jefe de Servicio de Cirugía/Endoscopia<br>Jefe de División de Cirugía/Endoscopia<br>Titular de la División de Ingeniería Biomédica.<br>Director Médico de la UMAE          |

Con fundamento en el Artículo 60 Fracción VIII último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto se reserva el derecho de autenticar los documentos presentados en cualquier momento.

**(EL LICITANTE HARÁ PROPIO TERMINOS Y CONDICIONES, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital WORD editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal como parte de su propuesta técnica).**

Lugar \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Los aspectos jurídicos del presente caso de jurados sometidos por la persona titular de la Jefatura de Gerencia Judicial de la CODU Regional Cuzco, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Gerencia Judicial, con base en la resolución emitida por el Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

COLJSDC2020/63000203

La resolución jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni el resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o la oportunidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos sus áreas que, en consecuencia, quedan sujetos a lo contrario.

COLUSJ/DC/2026/00000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

Firma de los responsables:

| Nombre y Cargo                                                                                                  | Firmas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Autorizó<br><br>Dra. Jessica Gil Lozada<br>Titular de la Jefatura de Servicios de<br>Prestaciones Médicas       |        |
| Revisó<br><br>Dr. Juan Gabriel Barrera Acosta<br>Enc. de la Coordinación de Prevención y<br>Atención a la Salud |        |
| Elaboró<br><br>Dr. Rogelio Ramos Naranjo<br>Coord. Auxiliar de Atención Médica Segundo<br>Nivel                 |        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DA/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**ANEXOS DEL ANEXO TÉCNICO Y DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES**

|                                                                      | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Organo de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | Coordinación de Prevención y Atención a la Salud                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anexo T2 Equipo Médico                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relación de equipo médico por paquete                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Equipo Médico para el paquete 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numeral/Vf                                                           | Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                    | Torre de Visualización (adulto/pediátrico) que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático y capnógrafo con oxímetro. |
| 2                                                                    | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopia (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                                                                    | 531.355.0013 Bisturí ultrasónico (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                    | 531.328.0215 Equipo para sellado de vasos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                                                    | 531.584.0198 Litotriptor neumático (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                                                                    | 531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                                                                    | 537.277.0015 Microdebridador eléctrico para oído y nariz (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32                                                                   | 531.681.0207 Resectoscopio de flujo continuo con torre                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**Equipo Médico para el paquete 2**

| NumeralVF | Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8         | SCCB Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto que incluye: carro transportador, un videogastroscoPIO y un videocolonoscoPIO y un electrocoagulador básico.                                                                                                                                    |
| 9         | 531.447.0120 VideogastroscoPIO (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 531.217.0235 VideocolonoscoPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopia (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11        | Torre de visualización endoscópica de alta especialidad para tubo digestivo adulto que incluye: un videogastroscoPIO, un videocolonoscoPIO, un videoduodenoscoPIO terapéutico y unidad de electrocirugía con coagulación de argón.                                                                                      |
| 9         | 531.447.0120 VideogastroscoPIO (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10        | 531.217.0235 VideocolonoscoPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12        | 531.316.0094 VideoduodenoscoPIO terapéutico.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13        | 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14        | 531.923.0321 Ultrasonido endoscópico.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15        | SCCB EnteroscoPIO asistido con balón.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16        | SCCB Torre para endoscopia avanzada de aparato respiratorio adulto, que incluye: torre de visualización endoscópica y un broncoscoPIO.                                                                                                                                                                                  |
| 17        | 531.146.1544 VideobroncoscoPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18        | SCCB Torre de alta especialidad para endoscopia pediátrica de tubo digestivo que incluye: Torre de visualización endoscópica que consta de: un videogastroscoPIO, un videoduodenoscoPIO, un videogastroscoPIO neonatal, un videogastroscoPIO pediátrico, un videocolonoscoPIO pediátrico y electro coagulador de argón. |
| 9         | 531.447.0120 VideogastroscoPIO (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19        | SCCB VideogastroscoPIO neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20        | SCCB VideogastroscoPIO pediátrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21        | SCCB VideoduodenoscoPIO estándar terapéutico pediátrico.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22        | 531.217.0243 VideocolonoscoPIO pediátrico.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13        | 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23        | SCCB Torre para endoscopia alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm).                                                                                                       |
| 24        | SCCB Videobroncoscopios neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25        | SCCB VideobroncoscoPIO pediátrico 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26        | SCCB VideobroncoscoPIO pediátrico 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Equipo Médico para el paquete 5**

| NumeralVF | Equipo                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30        | 537.336.0212 Grabador de pH con impedancia esofágico 24 Hrs (adulto/pediátrico).                       |
| 31        | 531.606.0275 Manómetro esofágico/ano-rectal de alta resolución (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante |

|                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rogelio Ramos Naranjo</b><br>Coord. Auxiliar de Atención<br>Médica Segundo Nivel | <b>Dr. Juan Gabriel Barrera Acosta</b><br>Coordinador de Prevención y<br>Atención a la Salud | <b>Jessica Gil Lozada</b><br>Jefa de Servicios de<br>Prestaciones Médicas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/00000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI**

**Grupo etario Adulto**

**SET DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A PROPORCIONAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO  
EN EL ANEXO T11.**

**PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ADULTO.**  
**PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE ONG ADULTO.**

| Otorrino 1 | Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento:<br>10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas<br>adulto.                                                                      |                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No.        | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad                                      |
| iqx227     | Telescopio o sistema óptico de 0° y 30° y 45°, de 3 a 4 mm., longitud útil de 14 a 18 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                             | 1 de cada uno a elección del médico otorrino. |
| iqx256     | Trócar y camisa para sinoscopia, de diámetro externo de 5 mm. o diámetro interno de 4 mm. Longitud de 8.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico de diámetro de 4 mm.                                               | 1                                             |
| iqx260     | Tubo de irrigación de Eicken, con adaptador luer-lock, curva corta, diámetro externo de 3 mm. longitud útil de 12.5 a 15 cm.                                                                                                       | 1                                             |
| iqx103     | Palpador doble de ostium para área maxilar. Extremos circulares de diámetro en el rango de 1.2 a 2 mm., o de diferente diámetro que permita el procedimiento con una longitud útil de 17 a 22 cm.                                  | 1                                             |
| iqx102     | Palpador doble de ostium para área frontal. Extremos circulares, longitud útil de 17 a 22 cm.                                                                                                                                      | 1                                             |
| iqx49      | Cucharilla o legra para área del seno frontal, angulado o curvada con un rango de 75° a 90°, oval, longitud de 19 a 22 cm.                                                                                                         | 1                                             |
| iqx16      | Bisturí curvo, puntiagudo, longitud útil de 15 a 19 cm.                                                                                                                                                                            | 1                                             |
| iqx68      | Elevador doble de Freer o Cottle. Semicortante, graduado, longitud útil de 20 a 23 cm.                                                                                                                                             | 1                                             |
| iqx186     | Pinza sacabocado, retrogrado. Mango giratorio o rotatable 360°, longitud útil de 10 a 11 cm.                                                                                                                                       | 1                                             |
| iqx125     | Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba, con aspiración, calibre o Tamaño de mandíbula 1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 11 a 12.5 cm.                            | 1                                             |
| iqx164     | Pinza nasal, recta, tipo Blakesley o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandíbula 1", quijadas o punta de pinza de 8 a 11 mm de largo por 3 a 3.5mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del | 1                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        | fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| iqx167 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre o Tamaño de mandíbula "0", quijadas o punta de pinza de 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                    | 1                                             |
| iqx159 | Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandíbula "0" y "1" o quijadas (o punta) de pinza de 7 y 8 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (referencia según marca del fabricante).                                    | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx160 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandíbula "2" o quijadas (o punta) de pinza de 10 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante)                                         | 1                                             |
| iqx163 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandíbula de acuerdo a descripción de cada fabricante "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas (o punta) de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. | 1                                             |
| iqx142 | Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación o aspiración de 12.5 a 16 cms                                                                                                                                                                                                                 | 1                                             |
| iqx192 | Pinza tipo Hartman de copa de long útil de 12.5 a 18 cms                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                             |
| iqx92  | Legra o cureta para antro, ovalado. Calibre "1", longitud útil de 17 a 19 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                                             |
| iqx250 | Tijera nasal, recta, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina.                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                             |
| iqx249 | Tijera nasal, curva derecha e izquierda, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina.                                                                                                                                                                                                                      | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx194 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 45° a 55°. Apertura horizontal, diámetro de copa mediana o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.                                                                                                                                   | 1                                             |
| iqx197 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 80° a 90°. Apertura horizontal, diámetro de copa mediano o de 2 mm., longitud útil en el rango de 9 a 13 cm.                                                                                                                                    | 1                                             |
| iqx195 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 55° a 70°. Apertura vertical, diámetro copa pequeña o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.                                                                                                                                        | 1                                             |
| iqx196 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 70° a 90°. Apertura vertical copa pequeña o de 2 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.                                                                                                                                                  | 1                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                   |                                                                                                                                                                    |                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| iqx157            | Pinza nasal sacabocado para seno frontal, de corte circular, curvo hacia arriba de 65° a 70°. Diámetro de 3 o 3.5 a 5 mm., longitud útil en el rango de 9 a 17 cm. | 1                                             |
| iqx156            | Pinza nasal sacabocado para seno esfenoidal, de corte circular, recta. Diámetro de 3.5 a 7 mm., longitud útil en el rango de 9 a 18 cm.                            | 1                                             |
| iqx155            | Pinza nasal cortante, recta, fina, 8 X 3 mm. Calibre o Tamaño de mandibula "1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 13 cm.                       | 1                                             |
| iqx13             | Aspirador o tubo de aspiración de Ferguson o Frazier de 8 y 10 Fr                                                                                                  | 1                                             |
| iqx113            | Pinza bipolar tipo bayoneta de 17 a 22 cm.                                                                                                                         | 1                                             |
| iqx45             | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                 | 1                                             |
| <b>Otorrino 2</b> | <b>Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento:<br/>10.02.004 Cirugía de oído adulto.</b>                                                                |                                               |
| No.               | Descripción                                                                                                                                                        | Cantidad                                      |
| iqx228            | Telescopio o sistema óptico de 0°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 6 a 12cm., esterilizable en autoclave.(oído)                                                   | 1                                             |
| iqx235            | Telescopio o sistema óptico de 30°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 15cm., esterilizable en autoclave.(oído)                                                  | 1                                             |
| iqx238            | Telescopio o sistema óptico de 45°, de 3 a 4 mm., longitud útil de 8 a 17.5 cm., esterilizable en autoclave.                                                       | 1                                             |
| iqx240            | Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                                                       | 1                                             |
| iqx60             | Disector de dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm                                                  | 1                                             |
| iqx59             | Disector (para oído) dos extremos útiles, extremos de doble curvatura a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm                                           | 1                                             |
| iqx203            | Pinzas otológicas, curva a la derecha e izquierda, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 8 mm, longitud 8 a 10 cm.                                                  | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx208            | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados aproximadamente hacia arriba, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud útil 8 a 10 cm.                                | 1                                             |
| iqx204            | Pinzas otológicas, curva hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 0.9 mm, longitud 8 a 10 cm                                                              | 1                                             |
| iqx34             | Cánulas o tubos de aspiración, curva, Luer o Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico                                | 1                                             |
| iqx36             | Cánulas o tubos de aspiración, curvatura de 6 mm, Luer-Lock, 1.2 mm de diámetro exterior, cónico o cilíndrico (según cada fabricante)                              | 1                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnicas y/o contractuales.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| iqx37                                               | Cánulas o tubos de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                             |
| iqx35                                               | Cánulas o tubos de aspiración, curva, Luer-Lock, hasta 1.5mm y 2 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx93                                               | Mango de aspiración de FISCH, con orificio de interrupción, cono LUER, longitud 5.5 cm, para utilizar con las cánulas de aspiración                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                             |
| iqx254                                              | Tijeras de Bellucci finas, curvadas a la derecha e izquierda, longitud útil 8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx202                                              | Pinzas otológicas de Hartmann, muy finas o medio finas, estriadas, longitud útil 8 a 8.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                             |
| iqx3                                                | Aguja de Wullstein leve curvada, longitud 16 a 16.6 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                             |
| iqx17                                               | Bisturí redondo 45 grados, de 1 mm y 2mm de diámetro, longitud 16 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx72                                               | Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, dentro del rango de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro de acuerdo a tecnología del fabricante.                                                                                                                                                                                                               | 1 juego a elección del médico otorrino        |
| <b>PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| <b>Gineco 1</b>                                     | <b>Set de Cirugía ginecológica de alta especialidad, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopia,</b><br><b>10.06.021 Histerectomía,</b><br><b>10.06.025 Laparoscopia de ovario,</b><br><b>10.06.027 Laparoscopia etapificadora para cáncer ginecológico,</b><br><b>10.06.028 Laparoscopia para embarazo ectópico,</b><br><b>10.06.033 Miomectomía.</b> |                                               |
| <b>No.</b>                                          | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Cantidad</b>                               |
| iqx9                                                | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo. Diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                             |
| iqx14                                               | Baja nudo tipo varilla, ojo abierto, diámetro de 5 mm. longitud de 30 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                             |
| iqx26                                               | Cánula de irrigación/aspiración, diámetro de 5 mm. longitud en el rango de 29 a 36 cm. esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                             |
| iqx40                                               | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, para trócar de 5 a 6 mm. con largo de trabajo de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                             |
| iqx74                                               | Gancho disección/coagulador, con punta en "L", igual o menor a 90° de angulación, monopolar para trócar de 5 a 6 mm. aislado, reusable, con largo                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnicas y/o contractuales.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        | de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| iqx116 | Pinza de agarre tipo Caimán o cocodrilo, rotatable, de doble acción, diámetro de 5mm. longitud en el rango de 31 a 37 cm. sistema de sujeción, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 de cada una a elección del médico ginecólogo. |
| iqx128 | Pinza de biopsia, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de simple o doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                               |
| iqx193 | Pinza tipo Hartman o Cleeve Duck Bill, rotatable y desmontable en tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                               |
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                               |
| iqx121 | Pinza de agarre y disección tipo Grasper, fenestrado, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                               |
| iqx190 | Pinza tipo Babcock, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                               |
| iqx213 | Porta agujas metálico, punta curva, mango con mecanismo axial o Castroviejo, con cremallera, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                               |
| iqx232 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., longitud de 30 a 33 cm., ángulo o dirección de campo visual de 30°, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                               |
| iqx248 | Tijera Metzenbaum curva, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                               |
| iqx96  | Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas de longitud (sonda uterina con escala de longitud), esterilizable en autoclave. o Sonda intrauterina de COHEN, con un cono grande 26168 UL y uno pequeño 26168 US, soporte para pinzas de gancho 26168 V con muelle, con conexión LUER-Lock para limpieza. De acuerdo a tecnología de fabricante. | 1                                               |
| iqx253 | Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotatable 360° de acción simple o doble, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                               |
| iqx47  | Contenedor o charola rectangular de esterilización compatible con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnicas y/o contractuales.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                        | instrumental ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOGINECOLOGÍA.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Endoginecología                        | Set de Endoginecología, para los procedimientos:<br>10.03.001 Histeroscopia básica<br>10.03.002 Histeroscopia operatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| No.                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad |
| 1                                      | Endoscopio rígido, esterilizable, para observar cavidad uterina con fines diagnósticos y terapéuticos, con Lente en el rango de 2.5 a 4.0 mm. de diámetro y con una visión de 0° a 30°, Longitud de 29 a 31 cm, con portador de luz de fibra óptica incorporado o imagen ampliada, esterilizable en autoclave.                                                                                                                          | 1        |
| 2                                      | Resectoscopio; con elemento de trabajo pasivo para usarse con lente de 2.7 a 4.0 mm., de diámetro y de 0° a 30° con: Camisa de resectoscopio compatible con elemento de trabajo, de flujo continuo, con dos válvulas stop-cock, que incluya: camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 21 a 24 charr (compatible con la camisa ofertada según tecnología del fabricante), obturador punta roma o punta distal oblicua. | 1        |
| 3                                      | Histeroscopio; con camisa operatoria interna para histeroscopia de 4 a 5 mm., de diámetro. Con un canal de trabajo de en el rango de 5 a 7 charr, con dos válvulas, una stop-cock y una válvula luer-lock, Camisa externa para flujo continuo, (compatible con la óptica ofertada según tecnología del fabricante), para usarse con lente de 2.5 a 4.0 mm.                                                                              | 1        |
| 4                                      | Pinza de biopsia 5 charr, semirígidas, con abertura unilateral o bilateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 5                                      | Tijera 5 charr, semirígidas, romas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| 6                                      | Pinzas de agarre para fragmentos pequeños semirígida 5 Charr, longitud de mínima de 32cm a 73cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| 7                                      | Cable de alta frecuencia para elemento de trabajo, compatible con 2 modelos distintos de electrocauterio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOUROLOGÍA ADULTO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Endouro 1                              | Set de Endourología I, para el procedimiento:<br>10.04.001 Cistoscopia adulto,<br>10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter doble J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| No.                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad |
| 1                                      | 531.209.0458 Equipo para urología - Cistoureteroscopio. Endoscopio rígido que es usado para la examinación visual y tratamiento de la vejiga y la uretra incluyendo la región de la próstata.                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |
| 1.1                                    | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DCE/026/000/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                  |                                                                                                                                                          |                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.2</b>       | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr.                                                                  | 1 de cada una a elección del medico |
| <b>1.3</b>       | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. | 1                                   |
| 1.3.4            | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor:                                                                                           |                                     |
| 1.3.5            | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32.                                                                                             | 1                                   |
| 1.3.6            | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr.                                                                                                                   | 1                                   |
| 1.3.7            | Juego de dilatadores telescopicos o dilatadores ureterales                                                                                               | 1                                   |
| <b>Endouro 2</b> | <b>Set de Endourología 2, para el procedimiento:<br/>10.04.019 Litotricia vesical adulto.</b>                                                            |                                     |
| No.              | Descripción                                                                                                                                              | Cantidad                            |
| <b>2.1</b>       | Cistoscopio: Óptica 30°, Diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave.                                                                                   | 1                                   |
| <b>2.2</b>       | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr.                                                                  | 1                                   |
| <b>2.3</b>       | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. | 1                                   |
| 2.4.1            | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor:                                                                                           |                                     |
| 2.4.2            | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32.                                                                                             | 1                                   |
| 2.4.3            | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr.                                                                                                                   | 1                                   |
| <b>2.5</b>       | Debe incluir:                                                                                                                                            |                                     |
| 2.5.1            | Juego de dilatadores telescopicos o dilatadores ureterales (referencia según marca del fabricante).                                                      | 1                                   |
| <b>Endouro 3</b> | <b>Set de Endourología 3, para el procedimiento:<br/>10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto.</b>                                                    |                                     |
| No.              | Descripción                                                                                                                                              | Cantidad                            |
| <b>3.1</b>       | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave.                                                                                   | 1                                   |
| <b>3.2</b>       | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr.                                                                  | 1                                   |
| <b>3.3</b>       | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. | 1                                   |
| 3.4.1            | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor:                                                                                           |                                     |
| 3.4.2            | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32.                                                                                             | 1                                   |
| 3.4.3            | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr.                                                                                                                   | 1                                   |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>3.5</b>       | Debe incluir:                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>4</b>         | Juego de dilatadores uretrales (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>        |
| <b>5</b>         | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr.               | <b>1</b>        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>Endouro 4</b> | <b>Set de Endourología 4, para el procedimiento:<br/>10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto. (láser)</b>                                                                                                                                                    |                 |
| <b>No.</b>       | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b> |
| <b>1</b>         | Ureteroscópio flexible: Diámetro externo distal de 6 a 8.8 fr. o Charr, visión de 0° a 5°, canal de trabajo de 3.6 fr. o Charr., longitud en el rango de 40 a 70 cm. Con capacidad de angulación total de la punta mínima de 180° hacia arriba y 170° hacia abajo. | <b>1</b>        |
| <b>2</b>         | Pinza endoscópica flexible de 3 a 3.5 fr., tipo Caimán.                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>        |
| <b>3</b>         | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                             | <b>1</b>        |
| <b>3.4</b>       | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22fr. O Charr.                                                                                                                                                                             | <b>1</b>        |
| <b>3.5</b>       | Puente: Doble vía o dos canales. canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados.                                                                                                           | <b>1</b>        |
| <b>3.6.1</b>     | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor:                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <b>3.6.2</b>     | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32.                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>        |
| <b>3.6.3</b>     | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr.                                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b>        |
| <b>4</b>         | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. (referencia según marca del fabricante).                    | <b>1</b>        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>Endouro 5</b> | <b>Set de Endourología 5, para el procedimiento:<br/>10.04.016 Litotricia percutánea.</b>                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>No.</b>       | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b> |
| <b>1</b>         | Nefroscópio rígido insertado de manera percutánea, que incluye:                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b>        |
| <b>1.1</b>       | Telescopio o sistema óptico de diámetro menor a 7 mm o 22 Fr. Dirección visual de 0° a 30°. Ocular angulado o lateral. Canal de trabajo de 3.5 mm. Esterilizable en autoclave. Longitud en el rango de 19 a 25 cm.                                                 |                 |
| <b>1.2</b>       | Camisas o vainas de flujo continuo, diámetro de 19.5 a 27 Fr o Charr mínimo, rotatorio, conexión luer-lock, con obturador con lumen y dilatador de fascia,                                                                                                         |                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                  | compatible con el nefroscópio percutáneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Endouro 6                                        | Set de Endourología 6, para el procedimiento:<br>10.04.011 Resección transuretral de próstata RTUP/RTUV/RTUC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| No.                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad |
| 1                                                | Resectoscopio de flujo continuo, rotatorio. Con óptica de 25-30°, con diámetro de 4 mm, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |
| 1.1                                              | Camisas o vainas, diámetro de camisa externa hasta 28.9 fr. o Charr. Camisa interna con obturador. De dos vainas para flujo continuo, con llaves giratorias. Esterilizable en vapor. Compatibilidad entre camisa interna y externa.                                                                                                                                                                                              |          |
| 1.2                                              | Con elemento de trabajo de corte pasivo (tipo iglesias) de mango abierto. Bipolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 1.3                                              | Cable activo para electrodos de alta frecuencia bipolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 2                                                | Evacuador de granada o de balón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        |
| 3                                                | Juego de dilatadores uretrales (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Endouro 7                                        | Set de Endourología 7, para el procedimiento:<br>10.04.015 Uretrotomía interna adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| No.                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad |
| 1                                                | Telescopio para cistouretroscopia de 4mm de diametro, con ángulo de visión de 0° o 12°, esterilizable en autoclave, que incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |
| 2                                                | Uretrotomo de 4 mm de diámetro o 12 fr., con canal de trabajo de a 5 fr. O Charr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 2.1                                              | Camisa o vaina con llave de paso y obturador de diámetro mínimo de 20.5 fr. o Charr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Uro 1                                            | Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, para los procedimientos:<br>10.06.035 Nefrectomía adulto,<br>10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto,<br>10.06.047 Prostatectomía laparoscópica,<br>10.06.053 Suprarenalectomía no asistida,<br>10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto,<br>10.06.060 Pieloplastía adulto y<br>10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. |          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| No.    | Descripción                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| iqx11  | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo. Diámetro 5 a 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                  | 2                                              |
| iqx7   | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo.                                                                                                                                                                                 | 1 de cada uno a elección del médico urológico. |
| iqx224 | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo.                                                                                                               | 1                                              |
| iqx40  | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, para trocar de 5 a 6 mm. con largo de trabajo de 31 a 37 cm.                                                                                                                    | 1                                              |
| iqx78  | Gancho disección/coagulador, de 5 mm., con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación. Monopolar, aislado, reusable con largo de trabajo en el rango de 32 a 37 cm.                                                               | 1                                              |
| iqx230 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° o 30°, longitud de trabajo dentro del rango de 30 a 37 cm., esterilizable.                                                                            | 1                                              |
| iqx107 | Pinza Babcock, fenestrada 10 mm., aislada, reusable, rotatable, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm.                                                                                                               | 2                                              |
| iqx109 | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. (referencia según marca del fabricante).                                                                                                | 1                                              |
| iqx200 | Pinza tipo Mixer sin cremallera de ángulo recto, de 5 mm. Y 10 mm.                                                                                                                                                                    | 1 de cada una a elección del médico urológico. |
| iqx139 | Pinza de extracción o de garra rotatable y desmontable, reusable, dentada, diámetro de 10 mm., largo de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                            | 1                                              |
| iqx105 | Pinza atraumática tipo Debekey de 5 mm., diámetro en el rango de 31 a 43 cm., de longitud.                                                                                                                                            | 1                                              |
| iqx153 | Pinza Maryland, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                                          | 2                                              |
| iqx115 | Pinza de agarre atraumática y disección, tipo Grasper fenestrado, desmontable en dos o tres componentes. Diámetro de 5 mm., rotatable, de doble acción, longitud de 32 a 36 cm., con sistema de sujeción, esterilizable en autoclave. | 2                                              |
| iqx212 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castroviejo de botón, de punta curva, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                      | 1                                              |
| iqx221 | Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 5 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado. esterilizable en autoclave.                                | 1                                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la personería jurídica de la OADAD regional Cúcuta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7.3.1, párrafo 1.8, del Manual de Organización del Instituto de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la personería jurídica del Departamento Cundinamarca, a solicitud de la unidad administradora responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registro bajo el folio:

COLSI/DC20200601000203

COLUSJ/DC/2026/00000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| iqx247                                                           | Tijera Metzembraun de 5 mm., curva, monopolar ( opcional bipolar), rotatable y desmontable. Puntas redondeadas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., reusable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                             |
| iqx135                                                           | Pinza de disección o tipo Maryland, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                             |
| iqx148                                                           | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 05 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                             |
| iqx119                                                           | Pinza de agarre y disección tipo cuchara. Diámetro de 3.4 a 5 mm., de doble acción, longitud en el rango de 30 a 36 cm. Sistema de sujeción. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                             |
| iqx201                                                           | Pinza vascular larga de Debakey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                             |
| iqx45                                                            | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                             |
| <b>PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL ADULTO.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| <b>Cirugía 1</b>                                                 | <b>Set de Cirugía general 1 de alta especialidad, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto,</b><br><b>10.06.013 Colectomía no asistida,</b><br><b>10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto,</b><br><b>10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto,</b><br><b>10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto,</b><br><b>10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto y</b><br><b>10.06.059 Plastia de hernia ventral.</b> |                                               |
| <b>No.</b>                                                       | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>                               |
| iqx8                                                             | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo o largo, rotatable, diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                             |
| iqx7                                                             | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 de cada uno a elección del médico cirujano. |
| iqx224                                                           | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                             |
| iqx39                                                            | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                             |
| iqx77                                                            | Gancho disección/coagulador, de 5 mm, con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación, monopolar, aislado, reusable con longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                             |
| iqx231                                                           | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° y 30°, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                           |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx106 | Pinza Babcock fenestrada, 10 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotatable, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                           | 2 |
| iqx189 | Pinza tipo Babcock, diámetro de 5 mm., reusable, rotatable, desmontable en dos o tres piezas, de doble acción, longitud en el rango de 31 a 43, sistema de sujeción.                                      | 2 |
| iqx110 | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. (referencia según marca del fabricante)                                                                                                    | 1 |
| iqx137 | Pinza de disección tipo Mixer reusable, rotatable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                    | 1 |
| iqx138 | Pinza de extracción dentada de 10 mm., de garra rotatable y desmontable en el rango de 31 a 45 cm de longitud.                                                                                            | 1 |
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                             | 2 |
| iqx117 | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotatable y desmontable, de doble acción, 5 mm., de diámetro y con un rango de 31 a 36 cm., de longitud.                                                          | 2 |
| iqx211 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castro viejo con cremallera, punta recta, longitud en el rango de 31 a 45 cm.                                     | 1 |
| iqx220 | Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 a 9 valvas, longitud de de 33 a 38 cm., con puerto de lavado o desmontable, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx243 | Tijera Metzembraun curva monopolar o bipolar, reusable, rotatable y desmontable, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                       | 1 |
| iqx149 | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior                                                              | 2 |
| iqx122 | Pinza de ángulo recto tipo Mixer para disección, larga 10 mm., de diámetro por 31 a 36 cm., de longitud.                                                                                                  | 2 |
| iqx45  | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                                        | 1 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| <b>Cirugía 2</b> | <b>Set de Cirugía general 2 adulto, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.002 Apendicetomía laparoscópica adulto,</b><br><b>10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto,</b><br><b>10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto,</b><br><b>10.06.010 Colectistectomía laparoscópica adulto,</b><br><b>10.06.011 Colectistectomía con exploración de vía biliar adulto,</b><br><b>10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto,</b><br><b>10.06.024 Laparoscopia con toma de biopsia adulto,</b><br><b>10.06.026 Laparoscopia diagnóstica adulto y</b><br><b>10.06.044 Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.</b> |                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No.              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                                      |
| iqx8             | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo o largo, rotatable, diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                             |
| iqx7             | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 de cada uno a elección del médico cirujano. |
| iqx224           | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                             |
| iqx39            | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                             |
| iqx77            | Gancho disección/coagulador, de 5 mm, con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación, monopolar, aislado, reusable con longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                             |
| iqx231           | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° y 30°, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                             |
| iqx106           | Pinza Babcock fenestrada, 10 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotatable, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                             |
| iqx189           | Pinza tipo Babcock, diámetro de 5 mm., reusable, rotatable, desmontable en dos o tres piezas, de doble acción, longitud en el rango de 31 a 43, sistema de sujeción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                             |
| iqx110           | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. (referencia según marca del fabricante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                             |
| iqx137           | Pinza de disección tipo Mixer reusable, rotatable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                             |
| iqx138           | Pinza de extracción dentada de 10 mm., de garra rotatable y desmontable en el rango de 31 a 45 cm de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/JS/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| iqx135           | Pinza de disección o tipo Maryland, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                 | 2                                             |
| iqx117           | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotable y desmontable, de doble acción, 5 mm., de diámetro y con un rango de 31 a 36 cm., de longitud.                                                                                                                              | 2                                             |
| iqx211           | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castro viejo con cremallera, punta recta, longitud en el rango de 31 a 45 cm.                                                                                                       | 1                                             |
| iqx218           | Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 5 a 9 valvas, longitud en el rango de 33 a 38 cm., con puerto de lavado o desmontable, esterilizable en autoclave.                                                       | 1                                             |
| iqx244           | Tijera Metzembaun curva monopolar, reusable, rotable y desmontable y puntas redondeadas, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                                                 | 1                                             |
| iqx170           | Pinza para Colangiografía Laparoscópica, reusable, diámetro 5 mm. de 31 a 45 cm de longitud.                                                                                                                                                                                | 1                                             |
| iqx45            | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                                                                                                          | 1                                             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| <b>Cirugía 3</b> | <b>Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.003 Bypass gástrico,</b><br><b>10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para este tipo de procedimientos).</b> |                                               |
| No.              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad                                      |
| iqx8             | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo o largo, rotable, diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                            | 2                                             |
| iqx7             | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo.                                                                                                                                                                                                                       | 1 de cada uno a elección del médico cirujano. |
| iqx224           | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo.                                                                                                                                                     | 1                                             |
| iqx39            | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                         | 1                                             |
| iqx77            | Gancho disección/coagulador, de 5 mm, con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación, monopolar, aislado, reusable con longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                   | 1                                             |
| iqx231           | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° y 30°, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable.                                                                                                                                  | 2                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| iqx106                                                                   | Pinza Babcock fenestrada, 10 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotatable, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                                                                                                     | 2        |
| iqx189                                                                   | Pinza tipo Babcock, diámetro de 5 mm., reusable, rotatable, desmontable en dos o tres piezas, de doble acción, longitud en el rango de 31 a 43, sistema de sujeción.                                                                                                                                | 2        |
| iqx110                                                                   | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. (referencia según marca del fabricante)                                                                                                                                                                                              | 1        |
| iqx137                                                                   | Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotatable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                             | 1        |
| iqx138                                                                   | Pinza de extracción dentada de 10 mm., de garra rotatable y desmontable en el rango de 31 a 45 cm de longitud.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| iqx199                                                                   | Pinza tipo Maryland, reusable, girable y desmontable, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 45 cm.                                                                                                                                                                                        | 2        |
| iqx117                                                                   | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotatable y desmontable, de doble acción, 5 mm., de diámetro y con un rango de 31 a 36 cm., de longitud.                                                                                                                                                    | 2        |
| iqx211                                                                   | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castro viejo con cremallera, punta recta, longitud en el rango de 31 a 45 cm.                                                                                                                               | 1        |
| iqx217                                                                   | Separador de hígado o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, esterilizable en autoclave.                                                                                                           | 1        |
| iqx242                                                                   | Tijera Metzembraun curva bipolar, reusable, rotatable y desmontable, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                                                                                             | 1        |
| iqx149                                                                   | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior                                                                                                                                                        | 2        |
| iqx122                                                                   | Pinza de ángulo recto tipo Mixter para disección, larga 10 mm., de diámetro por 31 a 36 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                           | 2        |
| iqx45                                                                    | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| <b>PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ADULTO.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE APARATO RESPIRATORIO ADULTO.</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>Endo Res 1</b>                                                        | <b>Set de Endoscopia aparato respiratorio 1, para los procedimientos:</b><br><b>10.21.002 Broncoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto,</b><br><b>10.21.004 Dilataciones traqueales o bronquiales adulto y</b><br><b>10.21.005 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio adulto.</b> |          |
| No.                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad |
| iqx172                                                                   | Pinza para extracción de cuerpo extraño, tipo cacahuatera o similar.                                                                                                                                                                                                                                | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

COU/SD/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx174                                                                                                  | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                |   |
| iqx191                                                                                                  | Pinza tipo cocodrilo para extracción de cuerpo extraño o apertura bilateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                |   |
| iqx114                                                                                                  | Pinza con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                |   |
| iqx24                                                                                                   | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                |   |
| Las pinzas son parte de los endoscopios y deberán ser estrictamente compatibles con los que se oferten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |   |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO ADULTO.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |   |
| Endo Dig 1                                                                                              | Set de Endoscopia tubo digestivo 1, para los procedimientos:<br>10.22.002 Colonoscopia con toma de biopsia adulto,<br>10.22.003 Enteroscopia,<br>10.22.006 Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto,<br>10.23.001 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales adulto,<br>10.23.002 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales esofágicas adulto,<br>10.23.003 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales gastrointestinales adulto,<br>10.23.004 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática , con toma de biopsia y cepillado adulto,<br>10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar,<br>10.23.008 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto,<br>10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto,<br>10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja,<br>10.23.013 Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto,<br>10.23.015 Gastrostomía endoscópica adulto,<br>10.23.020 Mucosectomía endoscópica de tubo digestivo,<br>10.23.022 Poliopectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto,<br>10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja,<br>10.23.024 Colangiografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto y<br>10.23.025 Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático. |                                                                                                                  |   |
|                                                                                                         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad                                                                                                         |   |
|                                                                                                         | iqx169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinza para biopsia estándar con copa de forma oval y/o estilete.                                                 | 1 |
|                                                                                                         | iqx123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinza de biopsia caliente.                                                                                       | 1 |
|                                                                                                         | iqx168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinza para biopsia biliar o pancreática, reusable. (Si es desechable ubicarla en bien de consumo complementario) | 1 |
|                                                                                                         | iqx173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinza para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral.                                   | 1 |
|                                                                                                         | iqx174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón.                                                | 1 |
|                                                                                                         | iqx171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos.                                     | 1 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| iqx23                                                                                                                                                              | Canastilla de red para cuerpos extraños reusable o desechable.                                                                                                                                                                        | 1               |
| iqx112                                                                                                                                                             | Pinza biopsia compatible con enteroscopia ofertado.                                                                                                                                                                                   | 1               |
| iqx57                                                                                                                                                              | Dilatador esofágico de tipo Savari Guiliard set de 16 piezas de 5 a 20 mm de calibre con guía metálica flexible o Dilatador esofágico de 6 a 20 mm con guía metálica según tecnología de cada fabricante.                             | 1               |
| <b>Las pinzas son parte de los endoscopios y deberán ser estrictamente compatibles con los que se ofertan.</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>SET DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A PROPORCIONAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO EN EL ANEXO T11.</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>EN LOS HOSPITALES PEDIÁTRICOS SE DEBE TENER DISPONIBLE LOS DIÁMETROS 3, 3.5, 5 Y 10 MM , PARA EL PACIENTE NEONATO, LACTANTE Y PEDIÁTRICO SEGÚN CORRESPONDA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPEÚTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS.</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE ONG PEDIÁTRICA.</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Otorrino 3 Ped</b>                                                                                                                                              | <b>Set de ONG, cirugía endoscópica pediátrica para el procedimiento: 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz , senos paranasales y estructuras anexas pediátrica.</b>                                                        |                 |
| <b>No.</b>                                                                                                                                                         | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cantidad</b> |
| iqx225                                                                                                                                                             | Telescopio de 0°, 2.7 a 4 mm de diámetro. Longitud de 12 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                        | 1               |
| iqx236                                                                                                                                                             | Telescopio o sistema óptico de 30°. Diámetro de 2.7 a 4 mm., longitud útil de 12 a 14 cm., a elección del cirujano. Esterilizable en autoclave.                                                                                       | 1               |
| iqx237                                                                                                                                                             | Telescopio o sistema óptico de 45° o 70°. Diámetro de 2.7 a 4 mm., longitud útil de 12 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                          | 1               |
| iqx257                                                                                                                                                             | Trócar y camisa para sinoscopia, de diámetro externo de 5 mm., o diámetro interno en el rango de 2.7 a 4 mm. Longitud de 8.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico de diámetro de 2.7 a 4 mm a elección del cirujano. | 1               |
| iqx258                                                                                                                                                             | Trócar y camisa para sinoscopia, diámetro externo y diámetro interno compatible con los telescopios solicitados de Longitud de 7.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico.                                             | 1               |
| iqx259                                                                                                                                                             | Tubo de aspiración-irrigación de Eicken, con adaptador luer-lock, curva corta, diámetro externo de 3 mm., longitud útil de 12.5 cm., o mayor.                                                                                         | 1               |
| iqx103                                                                                                                                                             | Palpador doble de ostium para área maxilar. Extremos circulares de diámetro en el rango de 1.2 a 2 mm., o de diferente diámetro que permita el procedimiento con una longitud útil de 17 a 22 cm.                                     | 1               |
| iqx101                                                                                                                                                             | Palpador doble de ostium para área frontal, con 17 a 22 cm., de longitud.                                                                                                                                                             | 1               |
| iqx50                                                                                                                                                              | Cucharilla o Legra para seno frontal.                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| iqx16                                                                                                                                                              | Bisturí curvo, puntiagudo, longitud útil de 15 a 19 cm.                                                                                                                                                                               | 1               |
| iqx68                                                                                                                                                              | Elevador doble de Freer o Cottle. Semicortante, graduado, longitud útil de 20 a                                                                                                                                                       | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 23 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| iqx186 | Pinza sacabocado, retrogrado. Mango giratorio o rotatable 360°, longitud útil de 10 a 11 cm.                                                                                                                                                                                            | 1             |
| iqx124 | Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o quijadas (o punta) de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm.(referencia según marca del fabricante). | 1             |
| iqx126 | Pinza de biopsia y agarre tipo Kennedy-Lusk pediátrica o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con canal para aspirar, longitud útil de 12.5 cm.                                                                                                                                      | 1             |
| iqx127 | Pinza de biopsia y agarre tipo Kennedy-Lusk pediátrica o Weil-Blakesley. Recta, con canal para aspirar, longitud útil de 10 a 12.5 cm.                                                                                                                                                  | 1             |
| iqx165 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                                           | 1             |
| iqx166 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre "0" o quijadas (o punta) de pinza de 5 a 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                 | 1             |
| iqx158 | Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0" y "1", quijadas o punta de pinza de 5 A 8 mm de largo por 2.5 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (Referencia según marca del fabricante).                                   | 1 de cada una |
| iqx162 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "2" o quijadas (o punta) de pinza de 10 a 12 mm de largo por 3 a 3.5mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (refrencia según marca del fabricante).                                        | 1             |
| iqx161 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1" o quijadas (o punta) de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 10 a 11 cm. (referencia según marca del fabricante).                                       | 1             |
| iqx142 | Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación o aspiración de 12.5 a 16 cms                                                                                                                                                                                               | 1             |
| iqx154 | Pinza nasal 45°.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1             |
| iqx92  | Legra o cureta para antro, ovalado. Calibre "1", longitud útil de 17 a 19 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                                                                  | 1             |
| iqx250 | Tijera nasal, recta, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina.                                                                                                                                                                                                                        | 1             |
| iqx249 | Tijera nasal, curva derecha e izquierda, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina.                                                                                                                                                                                                    | 1 de cada una |
| iqx194 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 45° a 55°. Apertura horizontal, diámetro de copa medina o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.                                                                                                                  | 1             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                       |                                                                                                                                                                        |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| iqx197                | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 80° a 90°. Apertura horizontal, diámetro de copa mediano o de 2 mm., longitud útil en el rango de 9 a 13 cm. | 1             |
| iqx195                | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 55° a 70°. Apertura vertical, diámetro copa pequeña o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.     | 1             |
| iqx196                | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 70° a 90°. Apertura vertical copa pequeña o de 2 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.               | 1             |
| iqx157                | Pinza nasal sacabocado para seno frontal, de corte circular, curvo hacia arriba de 65° a 70°. Diámetro de 3 o 3.5 a 5 mm., longitud útil en el rango de 9 a 17 cm.     | 1             |
| iqx156                | Pinza nasal sacabocado para seno esfenoidal, de corte circular, recta. Diámetro de 3.5 a 7 mm., longitud útil en el rango de 9 a 18 cm.                                | 1             |
| iqx155                | Pinza nasal cortante, recta, fina, 8 X 3 mm. Calibre o Tamaño de mandibula "1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 13 cm.                           | 1             |
| iqx45                 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                     | 1             |
| <b>Otorrino 4 Ped</b> | <b>Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento:<br/>10.02.104 Cirugía de oído pediátrica.</b>                                                                |               |
| No.                   | Descripción                                                                                                                                                            | Cantidad      |
| iqx226                | Telescopio o sistema óptico de 0° y 30° de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                                                       | 1 de cada uno |
| iqx239                | Telescopio o sistema óptico de 45°, de 3 a 4 mm., longitud útil de 8 a 18 cm., esterilizable en autoclave.                                                             | 1             |
| iqx240                | Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                                                           | 1             |
| iqx61                 | Disector de THOMASSIN o de acuerdo al fabricante, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm                 | 1             |
| iqx63                 | Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de doble curvatura a la derecha a la izquierda, longitud 16 a 18 cm                                               | 1             |
| iqx62                 | Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha y a la izquierda, longitud 16 a 18 cm                                                       | 1             |
| iqx205                | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados a la derecha, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 8 mm, longitud útil 10 cm                                                     | 1             |
| iqx206                | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados a la izquierda, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud útil 10 cm                                                       | 1             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                                                   |                                                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| iqx208                                            | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados aproximadamente hacia arriba, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud útil 8 a 10 cm.                                                     | 1             |
| iqx207                                            | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados aproximadamente hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 0.9 mm, longitud útil 8 a 10 cm                                                 | 1             |
| iqx32                                             | Cánulas de aspiración, curvatura de, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico (cónico o según tecnología del fabricante)                               | 1             |
| iqx31                                             | Cánulas de aspiración, curvatura de 6 mm, Luer-Lock, 1.2 mm de diámetro exterior, cónico (cónico o según tecnología del fabricante)                                                     | 1             |
| iqx30                                             | Cánulas de aspiración, con curvatura, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, cónico (cónico o según tecnología del fabricante)                                                         | 1             |
| iqx93                                             | Mango de aspiración de FISCH, con orificio de interrupción, cono LUER, longitud 5.5 cm, para utilizar con las cánulas de aspiración                                                     | 1             |
| iqx254                                            | Tijeras de Bellucci finas, curvadas a la derecha e izquierda, longitud útil 8 cm                                                                                                        | 1 de cada una |
| iqx202                                            | Pinzas otológicas de Hartmann , muy finas o medio finas, estriadas, longitud útil 8 a 8.5 cm                                                                                            | 1             |
| iqx3                                              | Aguja de Wullstein leve curvada, longitud 16 a 16.6 cm.                                                                                                                                 | 1             |
| iqx17                                             | Bisturí redondo 45 grados, de 1 mm y 2mm de diámetro, longitud 16 cm                                                                                                                    | 1 de cada uno |
|                                                   |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>PROCEDIMIENTOS DE ENDOUROLOGÍA PEDIÁTRICA.</b> |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Endouro Ped 1</b>                              | <b>Set de Endourología pediátrica 1, para el procedimiento:</b><br><b>10.04.101 Cistoscopia pediátrica.</b><br><b>10.04.121 Cistoscopia pediátrica. Para retiro de catéter Doble J.</b> |               |
| No.                                               | Descripción                                                                                                                                                                             | Cantidad      |
| 1                                                 | Minicistoureteroscopia de 7 fr a 9 fr X 10 a 13 cms, Ó 9 fr. X 20 cms Ó 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano                                            | 1             |
| 1.1                                               | Con óptica de 0° a 30°, de 1 a 2 canales de trabajo.                                                                                                                                    |               |
| 1.2                                               | Con longitud de 100 mm., a 200 mm., esterilizable en autoclave ó soluciones.                                                                                                            |               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Endouro Ped 2</b>                              | <b>Set de Endourología pediátrica 2, para el procedimiento</b><br><b>10.04.119 Litotricia vesical pediátrica.</b>                                                                       |               |
| No.                                               | Descripción                                                                                                                                                                             | Cantidad      |
| 1                                                 | Minicistoureteroscopia de 7 fr a 9 fr X 10 a 13 cms, Ó 9 fr. X 20 cms Ó 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano                                            | 1             |
| 1.1                                               | Con óptica de 0° a 30°, de 1 a 2 canales de trabajo.                                                                                                                                    |               |
| 1.2                                               | Con longitud de 100 mm., a 200 mm., esterilizable en autoclave ó soluciones.                                                                                                            |               |
| 2                                                 | Pinza de extracción de cuerpos extraños vesical de 3 a 5 fr.                                                                                                                            | 1             |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares requeridos, técnico y/o contrario.

COL/SJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                             |                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>Endouro Ped 3</b>                                        | <b>Set de Endourología pediátrica 3, para el procedimiento:<br/>10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica.</b>                                                                                         |          |
| No.                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                           | Cantidad |
| 1                                                           | Ureteroscópio semirrígido.                                                                                                                                                                            | 1        |
| 1.1                                                         | Diámetro de 6 fr. a 7.5 fr., visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 3 fr. a 5 fr., longitud de 40 a 45 cm.                                                                                            |          |
| 2                                                           | Minicistoureteroscopia de 7 fr a 9 fr X 10 a 13 cms, Ó 9 fr. X 20 cms Ó 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano                                                          | 1        |
| 2.1                                                         | Con óptica de 0° a 30°, de 1 a 2 canales de trabajo.                                                                                                                                                  |          |
| 2.2                                                         | Con longitud de 100 a 200 mm., esterilizable en autoclave ó soluciones.                                                                                                                               |          |
| 3                                                           | Pinza endoscópica flexible de 3 a 5 fr., tipo caimán.                                                                                                                                                 | 1        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>Endouro Ped 5</b>                                        | <b>Set de Endourología pediátrica 5, para el procedimiento:<br/>10.04.117 Litotricia pielocalicial pediátrica.</b>                                                                                    |          |
| No.                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                           | Cantidad |
| 1                                                           | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro de 4.5 a 8 fr. o Charr, visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 2.5 a 5 FR. o Charr, longitud útil de 300 mm como mínimo. (referencia según marca del fabricante). | 1        |
| 2                                                           | Ureteroscópio flexible de 6 a 7.5 fr., con canal de trabajo de 3 a 5 fr.                                                                                                                              | 1        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>Endouro Ped 7</b>                                        | <b>Set de Endourología pediátrica 7, para el procedimiento:<br/>10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica.</b>                                                                                         |          |
| No.                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                           | Cantidad |
| 1                                                           | Uretrotomo que incluye: Óptica con ángulo de visión de 0° a 5° esterilizable en autoclave, diámetro de 1.9 a 2.1 mm.                                                                                  | 1        |
| 1.1                                                         | Camisa o vaina (incluir obturador) Externa desde 7 fr a 10 fr o Charr.                                                                                                                                |          |
| 1.2                                                         | Elemento de trabajo.                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA LAPAROSCÓPICA PEDIÁTRICA.</b> |                                                                                                                                                                                                       |          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/JS/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Uro Ped 1</b>                                                     | <b>Set de Urología laparoscópica de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.114 Criptorquidia abdominal,</b><br><b>10.06.135 Nefrectomía pediátrica,</b><br><b>10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopia pediátrica,</b><br><b>10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico,</b><br><b>10.06.160 Pieloplastia pediátrica y</b><br><b>10.06.161 Reimplante ureterovesical laparoscópico pediátrico.</b> |                 |
| <b>No.</b>                                                           | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b> |
| iqx10                                                                | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo. Diámetro 5 a 10 mm., longitud en el rango de 20 a 33 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2               |
| iqx5                                                                 | Aplicador para clip absorbible o de polímero mediano o largo y extra-largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 de cada uno   |
| iqx223                                                               | Sistema de irrigación/succión con cánula de 3 o 5 mm., tipo pistola o trompeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| iqx75                                                                | Gancho disección/coagulador, con punta en "L", monopolar, de 3 o 5 mm., de diámetro, aislado, reusable con longitud de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| iqx233                                                               | Telescopio o sistema óptico de 3 o 5 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0 y 30°, esterilizable en autoclave, longitud de 20 a 33 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2               |
| iqx147                                                               | Pinza intestinal atraumática, de 3 o 5 mm., de diámetro, longitud de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| iqx152                                                               | Pinza Maryland, de 3 o 5 mm., rotatable y desmontable, con longitud de 20 a 33 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2               |
| iqx210                                                               | Porta agujas metálico de 3 o 5 mm., reusable, con mango con mecanismo axial o Castroviejo con cremallera, punta recta, longitud de trabajo de 20 a 33 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| iqx246                                                               | Tijera Metzembraun de 3 o 5 mm., reusable, curva, monopolar, rotatable y desmontable, longitud de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| iqx120                                                               | Pinza de agarre y disección tipo Grasper fenestrado, 3 o 5 mm., de diámetro, desmontable en dos o tres componentes, rotatable, de doble acción, longitud de 20 a 33 cm., sistema de sujeción, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                      | 2               |
| iqx222                                                               | Separador o retractor, (articulado o rígido), diámetro de 3 o 5 mm., 3 a 9 valvas, apertura en forma de abanico, con puerto de lavado, esterilizable en autoclave, longitud de 20 a 34 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| iqx45                                                                | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| <b>PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

Los agentes y oficiales del presente documento juraron susados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLJSDCZ026/06-000203

La sesión jurada se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares requirientes, ítem y/o contrario.

COL/SJ/DC/2 026/00 **000203**

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cirugía Ped 1 | Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos:<br>10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica,<br>10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica,<br>10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico,<br>10.06.110 Colectistectomía laparoscópica pediátrica,<br>10.06.111 Colectistectomía con exploración de vía biliar pediátrica,<br>10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica.<br>10.06.124 Laparoscopia con toma de biopsia pediátrica,<br>10.06.126 Laparoscopia diagnóstica pediátrica,<br>10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica,<br>10.06.156 Laparoscopia con resección del tubo digestivo pediátrica,<br>10.06.157 Laparoscopia con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo,<br>10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica y<br>10.07.101 Toracoscopías con corrección de malformaciones congénitas torácicas,<br>10.07.102 Toracoscopia diagnóstica,<br>10.07.103 Toracoscopia con toma de biopsia |                                                                                                                                                                                 |          |
|               | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                     | Cantidad |
|               | iqx12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aplicador, de 3 o 5 o 10 mm., para clip de titanio, pequeño, o mediano-largo, esterilizable en autoclave, rotable, longitud de trabajo 20 a 34 cm.                              | 1        |
|               | iqx6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplicador para clip absorbible o de polímero mediano o largo.                                                                                                                   | 1        |
|               | iqx223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sistema de irrigación/succión con cánula de 3 o 5 mm., tipo pistola o trompeta.                                                                                                 | 1        |
|               | iqx38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Coagulador de espátula de 3 o 5 mm., monopolar, reusable, de 20 a 36 cm.                                                                                                        | 1        |
|               | iqx76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gancho disección/coagulador, de 3 o 5 mm., monopolar, con punta en "L", igual o menor a 90°, aislado, reusable, longitud de 20 a 36 cm.                                         | 1        |
|               | iqx234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Telescopio o sistema óptico de 3 o 5 o 5.5 o 10 mm. Ángulo o dirección de campo visual de 0° o 30°. Longitud de trabajo de 20 a 33 cm., esterilizable.                          | 1        |
|               | iqx229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Telescopio o sistema óptico de 10 mm. Ángulo o dirección de campo visual de 0° o 30°. Longitud de trabajo de 20 a 33 cm., esterilizable.                                        | 1        |
|               | iqx108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pinza Babcock, fenestrada 5 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotable, longitud de trabajo 20 a 36 cm.                                                                       | 2        |
|               | iqx188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pinza tipo Babcock, 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, rotable, desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, con sistema de sujeción, longitud de trabajo 20 a 36 cm. | 2        |
|               | iqx111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pinza baja nudos, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 36 cm.                                                                                       | 1        |
|               | iqx136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pinza de disección tipo Mixter de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, longitud de trabajo 20 a 33 cm.                                  | 1        |

La revisión jurídica del presente es juronada realizada por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco, en el momento 7.31, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administradora responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJDC202006000203

COLUSJ/DC/2026/00000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| iqx140               | Pinza de extracción o de garra, 3 a 3.4mm o 5 mm., de diámetro, rotatable y desmontable, dentada, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                   | 1               |
| iqx198               | Pinza tipo Maryland de 3 o 5 mm., reusable, rotatable y desmontable, longitud de trabajo de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                                                       | 2               |
| iqx118               | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotatable y desmontable, de doble acción, diámetro de 3 o 5 mm., longitud de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                              | 2               |
| iqx210               | Porta agujas metálico de 3 o 5 mm., reusable, con mango con mecanismo axial o Castroviejo con cremallera, punta recta, longitud de trabajo de 20 a 33 cm.                                                                                                                                     | 1               |
| iqx216               | Retractor hepático metálico, maleable, articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de 5 mm., reusable, longitud de 20 a 36cm. Autoclave                                                                                                                      | 1               |
| iqx219               | Separador o retractor, (articulado o rígido) de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable, longitud de 20 a 34 cm.                                                                                                                                                 | 1               |
| iqx245               | Tijera Metzembaun de 3 o 5 mm., de diámetro, curva, monopolar o bipolar, rotatable, desmontable, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                    | 1               |
| iqx137               | Pinza de disección tipo Mixer reusable, rotatable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                        | 1               |
| iqx151               | Pinza intestinal fenestrada, de 5 mm., de diámetro, longitud de 30 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| iqx150               | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro, longitud de 30 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| iqx122               | Pinza de ángulo recto tipo Mixer para disección, larga 10 mm., de diámetro por 31 a 36 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| iqx45                | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                                                                                                                            | 1               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>Cirugía Ped 2</b> | <b>Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos:</b><br><b>10.06.111 Colectomía con exploración de vía biliar pediátrica,</b><br><b>10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica</b><br><b>10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica.</b> |                 |
| <b>No.</b>           | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Cantidad</b> |
| 1                    | Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos:                                                                                                                                                                | 1               |
| 1.1                  | Equipo electromecánico.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 1.2                  | Para la remoción de tejido, histerectomía y miomas.                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 1.3                  | Compacto y de peso ligero.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 1.4                  | Ajuste de uso en el rango de 11 a 12, 15 y 20 (este último opcional) mm.                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 1.5                  | Con bordes cortantes.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1.6                  | Controlador que permita dos modos de giro pre seleccionables como mínimo.                                                                                                                                                                                                                     |                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.7                                                                                          | De 50 rpm o mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 1.8                                                                                          | Con cuchillas reusables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 2                                                                                            | Incluye instrumentos para garantizar el procedimiento de morcelación: pinza con dientes, perforador, trocar, reductores para trocar o sistemas compatibles que eviten fuga de neumoperitoneo, punzón.                                                                                                                     | 1               |
| 3                                                                                            | Pieza de mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 4                                                                                            | Tirabuzón o instrumento de punción de 5 y 10 mm., longitud de 32 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                 | 2               |
| 5                                                                                            | Micropinza o minipinza para biopsia, reusable, aislada, con quijadas de acción simple o doble, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo dentro del rango de 32 a 37 cm.                                                                                                                                                     | 1               |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA.</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE APARATO RESPIRATORIO PEDIÁTRICA.</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>Endo Res 3</b>                                                                            | <b>Set de Endoscopía aparato respiratorio pediátrico 3, para los procedimientos:</b><br><b>10.21.102 Broncoscopía con toma de biopsia y cepillado pediátrica,</b><br><b>10.21.104 Dilataciones traqueales o bronquiales pediátrica,</b><br><b>10.21.105 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio pediátrica.</b> |                 |
| <b>No.</b>                                                                                   | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b> |
| iqx172                                                                                       | Pinza para extracción de cuerpo extraño, tipo cacahuatera o similar.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| iqx174                                                                                       | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1               |
| iqx191                                                                                       | Pinza tipo cocodrilo para extracción de cuerpo extraño o apertura bilateral.                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| iqx114                                                                                       | Pinza con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1               |
| iqx24                                                                                        | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| <b>Todas las pinzas deberán ser estrictamente compatibles con los endoscopios ofertados.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PEDIÁTRICA.</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contractante.

CO/SJ/DCA/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Endo Dig 4                                                                                              | Set de Endoscopia tubo digestivo pediátrico 4, para los procedimientos:<br>10.22.102 Colonoscopia con toma de biopsia pediátrica,<br>10.22.106 Panendoscopia con toma de biopsia pediátrica,<br>10.23.101 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales pediátrica,<br>10.23.102 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales esofágicas con escleroterapia pediátrica,<br>10.23.103 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales gastrointestinales pediátrica,<br>10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado pediátrica,<br>10.23.108 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica,<br>10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática básica pediátrica,<br>10.23.113 Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica,<br>10.23.115 Gastrostomía endoscópica pediátrica,<br>10.23.122 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica y<br>10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica. |                                                                                                                                                                                                      |          |
|                                                                                                         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                          | Cantidad |
|                                                                                                         | iqx169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinza para biopsia estándar con copa de forma oval y/o estilete.                                                                                                                                     | 1        |
|                                                                                                         | iqx123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinza de biopsia caliente.                                                                                                                                                                           | 1        |
|                                                                                                         | iqx168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinza para biopsia biliar o pancreática, reusable. (Si es desechable ubicarla en bien de consumo complementario)                                                                                     | 1        |
|                                                                                                         | iqx173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinza para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral.                                                                                                                       | 1        |
|                                                                                                         | iqx174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón.                                                                                                                                    | 1        |
|                                                                                                         | iqx171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos.                                                                                                                         | 1        |
|                                                                                                         | iqx23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Canastilla de red para cuerpos extraños reusable o desechable.                                                                                                                                       | 1        |
|                                                                                                         | iqx58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dilatador esofágico de tipo Savari Guilliard set de 16 piezas de 5 a 20 mm de calibre con guía metálica flexible o Dilatador esofágico de expansión radial controlada de 6 a 20 mm con guía metálica | 1        |
| Las pinzas son parte de los endoscopios y deberán ser estrictamente compatibles con los que se oferten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:  
La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**BIENES DE CONSUMO BÁSICOS**

| <b>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICOS TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</b>                                   |                  |                                                                                                                                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                           |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b>              |
| 10.02.003                                                                                               | bcb43            | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm., de diámetro, de 10.5 a 12 cm., de longitud. O                                                                              | 2(dos) a elección del médico |
| 10.02.003                                                                                               | bcb44            | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud.                                                         |                              |
| 10.02.003                                                                                               | bcb45            | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.2 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud. O                                                       |                              |
| 10.02.003                                                                                               | bcb65            | Fresa cortante oval o esférica o cilíndrica, para hueso duro y cartílago de 3.0 a 4 mm., diámetro por 10.5 a 12.5 cm., de longitud. O                                                     |                              |
| 10.02.003                                                                                               | bcb68            | Fresa para hueso de 4.0 a 4.5 mm., de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm., de longitud.                                                                               |                              |
| 10.02.003                                                                                               | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1                            |
| 10.02.003                                                                                               | bcb85            | Microaguja para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable. O                                                                                         | 1(uno) a elección del médico |
| 10.02.003                                                                                               | bcb53            | Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., ó 0.5 a 1.5 mm y longitud 100 a 110 mm.                |                              |
| 10.02.003                                                                                               | bcb54            | Electrodo tipo aguja de 0.5 a 1.5 mm., de diámetro y de 100 a 110 mm., de longitud.                                                                                                       |                              |
| 10.02.003                                                                                               | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1                            |
| 10.02.003                                                                                               | bcb80            | Lápiz para electrodo.                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.02.003                                                                                               | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1                            |
| 10.02.003                                                                                               | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                 | 1                            |
| 10.02.003                                                                                               | bcb95            | Polímero de ácido hialurónico en gel, O Hemostático de matriz de gelatina bioabsorbible, O Biopolímero de ácido hialurónico en estado seco que se transforma en gel.                      | 1                            |
| <b>10.02.004 Cirugía endoscópica de oído medio adulto.</b>                                              |                  |                                                                                                                                                                                           |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b>              |
| 10.02.004                                                                                               | bcb43            | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm., de diámetro, de 10.5 a 12 cm., de longitud. O                                                                              | 1(una) a elección            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000 000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                           | del<br>médico   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.02.004                                                                | bcb44            | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud.                                                         |                 |
| 10.02.004                                                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1               |
| 10.02.004                                                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1               |
| 10.02.004                                                                | bcb80            | Lápiz para electrodo.                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.02.004                                                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1               |
| 10.02.004                                                                | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                 | 1               |
| <b>10.03.001 Histeroscopia básica.</b>                                   |                  |                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b> |
| 10.03.001                                                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1               |
| 10.03.001                                                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1               |
| 10.03.001                                                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1               |
| <b>10.03.002 Histeroscopia operatoria.</b>                               |                  |                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b> |
| 10.03.002                                                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1               |
| 10.03.002                                                                | bcb51            | Electrodo de corte, tipo asa, angulado O de tipo barril.                                                                                                                                  | 1               |
| 10.03.002                                                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1               |
| 10.03.002                                                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1               |
| 10.03.002                                                                | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                 | 1               |
| <b>10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopia.</b> |                  |                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.001                                                                | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.001                                                                | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.001                                                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo                                                                                                                | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                          |                  | ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 10.06.001                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.001                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.001                                | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.001                                | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.001                                | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.021 Histerectomía.</b>          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.021                                | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.021                                | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.021                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.021                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.021                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.021                                | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.021                                | bcb91            | Pinza para Sellador de vasos compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.021                                | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.021                                | bcb127           | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo.                                                                                                                                                                  | 2               |
| 10.06.021                                | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.025 Laparoscopia de ovario.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.025                                | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.025                                | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.025                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo                                                                                                                                                                                            | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                       |                  | ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 10.06.025                                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.025                                                             | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1               |
| 10.06.025                                                             | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.025                                                             | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.025                                                             | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.027 Laparoscopia etapificadora para cáncer ginecológico.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.027                                                             | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 2               |
| 10.06.027                                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb86            | Nudo preformado de poliglactina 910 O acido poliglicolico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante).                                                                                                                                                           | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb127           | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio círculo.                                                                                                                                                                  | 2               |
| 10.06.027                                                             | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.028 Laparoscopia para embarazo ectópico.</b>                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.028                                                             | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.028                                                             | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.028                                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo                                                                                                                                                                                            | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/000/000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                       |                  | ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 10.06.028                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.028                                             | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1               |
| 10.06.028                                             | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.028                                             | bcb91            | Pinza para Sellador de vasos compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.028                                             | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.028                                             | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.033 Miomectomía.</b>                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.033                                             | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.033                                             | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.033                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.033                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.033                                             | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1               |
| 10.06.033                                             | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.033                                             | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.033                                             | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.002 Apendicectomía laparoscópica adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.002                                             | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor,                                                                                                                                                                                               | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                     |                  | estéril.                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 10.06.002                                           | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.002                                           | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.002                                           | bcb86            | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante).                                                                                                                                                           | 1               |
| 10.06.002                                           | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.002                                           | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.002                                           | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.003 Bypass gástrico.</b>                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                          | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.003                                           | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb26            | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                     | 5               |
| 10.06.003                                           | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb58            | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                        | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.003                                           | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                              | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.06.004                                           | bcb5         | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.004                                           | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.004                                           | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.004                                           | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1        |
| 10.06.004                                           | bcb84        | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.004                                           | bcb87        | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.004                                           | bcb90        | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.004                                           | bcb93        | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.004                                           | bcb132       | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5        |
| <b>10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto.</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| clave<br>procedimiento                              | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.06.006                                           | bcb5         | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.006                                           | bcb15        | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.006                                           | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.006                                           | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.006                                           | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1        |
| 10.06.006                                           | bcb84        | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.006                                           | bcb87        | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.006                                           | bcb93        | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.006                                           | bcb132       | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.06.010 Colectectomía laparoscópica adulto.                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| clave procedimiento                                           | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.06.010                                                     | bcb5      | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.010                                                     | bcb15     | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.010                                                     | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.010                                                     | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.010                                                     | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1        |
| 10.06.010                                                     | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.010                                                     | bcb87     | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2        |
| 10.06.010                                                     | bcb93     | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.010                                                     | bcb132    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4        |
| 10.06.011 Colectectomía con exploración de vía biliar adulto. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| clave procedimiento                                           | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.06.011                                                     | bcb5      | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.011                                                     | bcb15     | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.011                                                     | bcb28     | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente.                             | 1        |
| 10.06.011                                                     | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.011                                                     | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.011                                                     | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1        |
| 10.06.011                                                     | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.011                                                     | bcb87     | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2        |
| 10.06.011                                                     | bcb93     | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.011                                          | bc132            | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.013 Colectomía no asistida.</b>           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.013                                          | bc15             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.013                                          | bc15             | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.013                                          | bc26             | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                     | 3               |
| 10.06.013                                          | bc50             | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.013                                          | bc57             | Engrapadora circular desde 28 a 34 mm., con capuchón.                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.013                                          | bc58             | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                        | 1               |
| 10.06.013                                          | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.013                                          | bc83             | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1               |
| 10.06.013                                          | bc84             | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.013                                          | bc87             | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.013                                          | bc90             | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.013                                          | bc93             | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.013                                          | bc100            | Retractor de incisión o Herida.                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.013                                          | bc132            | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.017                                          | bc15             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.017                                          | bc15             | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.017                                          | bc26             | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.017                                          | bc37             | Clips vasculares de polímero diversas medidas, para ligar vasos y/o tejido de 2 mm a 16 mm de ancho. (por Pza.)                                                                                                                                                       | 1               |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos o las demás circunstancias que determinan procedimientos similares requeridos, técnico y/o contrario.

COL/SJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.017                                                 | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.017                                                 | bcb58            | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                        | 1               |
| 10.06.017                                                 | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.017                                                 | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1               |
| 10.06.017                                                 | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.017                                                 | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.017                                                 | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasonico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.017                                                 | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.017                                                 | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.024 Laparoscopia con toma de biopsia adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.024                                                 | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.024                                                 | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.024                                                 | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.024                                                 | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1               |
| 10.06.024                                                 | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.024                                                 | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.024                                                 | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.024                                                 | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.026 Laparoscopia diagnóstica adulto.</b>         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.026                                                          | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.026                                                          | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.026                                                          | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.026                                                          | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1               |
| 10.06.026                                                          | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.026                                                          | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.026                                                          | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.032 Manga gástrica.</b>                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.032                                                          | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb26            | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                     | 6               |
| 10.06.032                                                          | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb58            | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                        | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.032                                                          | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb131           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 10 mm, 11 mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm.,             | 5               |
| <b>10.06.044 Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.**</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

La revisión jurídica del presente es jurada realizada por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco, en el momento 7.31, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o suficiencia de la unidad administrativo responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJDC202006000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



COLUSJ/DC/2026/00000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                                                      | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.06.044                                                                   | bcb5         | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| 10.06.044                                                                   | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
| 10.06.044                                                                   | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.044                                                                   | bcb82        | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1        |
| 10.06.044                                                                   | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.044                                                                   | bcb84        | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |
| 10.06.044                                                                   | bcb87        | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.06.044                                                                   | bcb93        | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| 10.06.044                                                                   | bcb132       | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm.,                                                                                                                                                              | 4        |
| <b>10.06.055 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto.**</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| clave<br>procedimiento                                                      | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad |
| 10.06.055                                                                   | bcb5         | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| 10.06.055                                                                   | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
| 10.06.055                                                                   | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.055                                                                   | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.055                                                                   | bcb84        | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |
| 10.06.055                                                                   | bcb88        | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        |
| 10.06.055                                                                   | bcb90        | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.06.055                                                                   | bcb93        | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos de los requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.055                                                               | bc132            | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto.**</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.056                                                               | bc15             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.056                                                               | bc15             | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.056                                                               | bc26             | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                     | 4               |
| 10.06.056                                                               | bc50             | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.056                                                               | bc58             | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                        | 1               |
| 10.06.056                                                               | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.056                                                               | bc83             | Manguera de irrigación/aspiración en " Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                          | 1               |
| 10.06.056                                                               | bc84             | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.056                                                               | bc87             | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.056                                                               | bc90             | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.056                                                               | bc93             | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.056                                                               | bc127            | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo.                                                                                                                                                                  | 3               |
| 10.06.056                                                               | bc132            | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto.</b>                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.058                                                               | bc15             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.058                                                               | bc50             | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.058                                                               | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |

La resolución judicial se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procesamiento, términos y condiciones de la compraventa, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares a los aquí referidos, ítemos y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.058                                   | bcb82            | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1               |
| 10.06.058                                   | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.058                                   | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.058                                   | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               |
| 10.06.058                                   | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.06.058                                   | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| 10.06.058                                   | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm.,                                                                                                                                                              | 4               |
| <b>10.06.059 Plastia de hernia ventral.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                  | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.059                                   | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| 10.06.059                                   | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| 10.06.059                                   | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.059                                   | bcb82            | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1               |
| 10.06.059                                   | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.059                                   | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.059                                   | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               |
| 10.06.059                                   | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.06.059                                   | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.06.059                                                                  | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4                            |
| <b>10.04.001 Cistoscopia adulto.</b>                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.001                                                                  | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1                            |
| 10.04.001                                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1                            |
| <b>10.04.011 Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.011                                                                  | bcb9             | Asa para resectoscopio, calibre en el rango de 24 a 27 fr., desechables, ó reusables compatibles con marca y modelo del equipo. O                                                                                                                                     | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.011                                                                  | bcb52            | Electrodo de vaporización.                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 10.04.011                                                                  | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                    | 1                            |
| 10.04.011                                                                  | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1                            |
| 10.04.011                                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1                            |
| 10.04.011                                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1                            |
| 10.04.011                                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1                            |
| 10.04.011                                                                  | bcb123           | Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 a 24 fr. Presentar calibres intermedios.                                       | 1                            |
| <b>10.04.015 Uretrotomía interna adulto.</b>                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.015                                                                  | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                    | 1                            |
| 10.04.015                                                                  | bcb47            | Cuchillo de media luna para uretrotomo compatible con el equipo o                                                                                                                                                                                                     | 1(una) a elección del        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                               | médico                       |
| 10.04.015                                           | bcb49            | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo.                                                                                                                                                                                      |                              |
| 10.04.015                                           | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                            |
| 10.04.015                                           | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                              | 1                            |
| 10.04.015                                           | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                     | 1                            |
| 10.04.015                                           | bcb122           | Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1                            |
| <b>10.04.016 Litotricia percutánea.</b>             |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                          | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.016                                           | bcb4             | Aguja de punción percutáneo de dos o tres elementos.                                                                                                                                                                                          | 1                            |
| 10.04.016                                           | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                            | 1                            |
| 10.04.016                                           | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                            |
| 10.04.016                                           | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                              | 1                            |
| 10.04.016                                           | bcb70            | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038". O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. O     | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.016                                           | bcb73            | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038" X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. O    |                              |
| 10.04.016                                           | bcb74            | Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm.                                                                               |                              |
| 10.04.016                                           | bcb76            | Juego de camisas de Amplatz desechables de 22 al 30 fr.                                                                                                                                                                                       | 1                            |
| 10.04.016                                           | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                     | 1                            |
| 10.04.016                                           | bcb122           | Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1                            |
| 10.04.016                                           | bcb123           | Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 a 24 fr. Presentar calibres intermedios.               | 1                            |
| <b>10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave procedimiento                                           | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10.04.018                                                     | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.04.018                                                     | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                              | 1                               |
| 10.04.018                                                     | bcb70     | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038". O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm.       | 2                               |
| 10.04.018                                                     | bcb105    | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j""", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                  | 1(un) set a elección del médico |
| <b>10.04.019 Litotricia vesical adulto.</b>                   |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| clave procedimiento                                           | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad                        |
| 10.04.019                                                     | bcb16     | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                            | 1                               |
| 10.04.019                                                     | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.04.019                                                     | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                              | 1                               |
| 10.04.019                                                     | bcb122    | Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1                               |
| <b>10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser).</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| clave procedimiento                                           | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad                        |
| 10.04.020                                                     | bcb16     | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                            | 1                               |
| 10.04.020                                                     | bcb18     | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm., de longitud.                                                                                                                                                                   | 1                               |
| 10.04.020                                                     | bcb19     | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres, y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado                                                                               | 1                               |
| 10.04.020                                                     | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.04.020                                                     | bcb64     | Fibra láser de 200 O mayor micras. (útil para 10 procedimientos).                                                                                                                                                                             | 1 por cada 10 eventos           |
| 10.04.020                                                     | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor,                                                                                                                                                                       | 1                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                             |                  | estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 10.04.020                                                   | bcb73            | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038" X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm.                                  | 1                               |
| 10.04.020                                                   | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                 | 1                               |
| 10.04.020                                                   | bcb105           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                                               | 1(un) set a elección del médico |
| 10.04.020                                                   | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). | 1(una) a elección del médico    |
| <b>10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter Doble J</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                  | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b>                 |
| 10.04.021                                                   | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.04.021                                                   | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                 | 1                               |
| <b>10.06.035 Nefrectomía adulto.</b>                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                  | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b>                 |
| 10.06.035                                                   | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                                 | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                      | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                      | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                 | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                        | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                       | 2                               |
| 10.06.035                                                   | bcb88            | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                       | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10.06.035                                                       | bcb127           | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio círculo.                                                                                                                                                                  | 4                               |
| 10.06.035                                                       | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 6                               |
| <b>10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                      | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>                 |
| 10.06.039                                                       | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1                               |
| 10.06.039                                                       | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1                               |
| 10.06.039                                                       | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1                               |
| 10.06.039                                                       | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1                               |
| 10.06.039                                                       | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1                               |
| 10.06.039                                                       | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1                               |
| 10.06.039                                                       | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2                               |
| 10.06.039                                                       | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1                               |
| 10.06.039                                                       | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1                               |
| 10.06.039                                                       | bcb105           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j""", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                                          | 1 (un)set a elección del médico |
| 10.06.039                                                       | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4                               |
| <b>10.06.047 Prostatectomía laparoscópica.</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                      | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>                 |
| 10.06.047                                                       | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1                               |
| 10.06.047                                                       | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1                               |
| 10.06.047                                                       | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                    | 1                               |
| 10.06.047                                                       | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

COJSD/CD2026/0000000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.047                                                          | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.047                                                          | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.047                                                          | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.047                                                          | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.047                                                          | bcb88            | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                      | 2               |
| 10.06.047                                                          | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.047                                                          | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.047                                                          | bcb122           | Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios.                         | 1               |
| 10.06.047                                                          | bcb127           | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( calibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio círculo.                                                                                                                                                                 | 4               |
| 10.06.047                                                          | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 6               |
| <b>10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto.**</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.050                                                          | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.050                                                          | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requerimientos, técnica y/o contratante.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| clave procedimiento                      | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.06.053                                | bcb5      | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.053                                | bcb15     | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.053                                | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.053                                | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.053                                | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1        |
| 10.06.053                                | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.053                                | bcb87     | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2        |
| 10.06.053                                | bcb88     | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                      | 2        |
| 10.06.053                                | bcb90     | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.053                                | bcb93     | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.053                                | bcb132    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4        |
| 10.06.060 Pieloplastia adulto.           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| clave procedimiento                      | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.06.060                                | bcb5      | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.060                                | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.060                                | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.060                                | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1        |
| 10.06.060                                | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.060                                | bcb87     | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2        |
| 10.06.060                                | bcb90     | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.060                                | bcb93     | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.060                                                         | bcb105           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j""", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                                          | 1               |
| 10.06.060                                                         | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                        | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.061                                                         | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.061                                                         | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb105           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j""", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                                          | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |

|                                                                       |                  |                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO</b>     |                  |                                                                                                                                                           |                 |
| <b>10.21.002 Broncoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                           |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                             | <b>Cantidad</b> |
| 10.21.002                                                             | bcb33            | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. | 1               |
| 10.21.002                                                             | bcb129           | Trampa de lavado bronquial o equivalente.                                                                                                                 | 1               |
| <b>10.21.004 Dilataciones traqueales O bronquiales adulto.</b>        |                  |                                                                                                                                                           |                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave procedimiento                                                 |           | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.21.004                                                           | bcb11     | Balón de dilatación con capacidad de alcanzar diferentes diámetros . Compatible con el canal de trabajo solicitado, en función del equipo. O                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1(una) a elección del médico |
| 10.21.004                                                           | bcb77     | Juego de dilatadores percutáneos del 8 al 20 fr. o de 8 a 30 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 10.21.004                                                           | bcb75     | Jeringa esterilizada de 60 cc., con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                            |
| 10.21.005 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio adulto. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| clave procedimiento                                                 | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad                     |
| 10.21.005                                                           | bcb129    | Trampa de lavado bronquial o equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| 10.22.002 Colonoscopia con toma de biopsia adulto.                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| clave procedimiento                                                 | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad                     |
|                                                                     |           | * Son todos bienes de consumo complementarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 10.22.003 Enteroscopia                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| clave procedimiento                                                 | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad                     |
| 10.22.003                                                           | bcb2      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            |
| 10.22.003                                                           | bcb8      | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud. compatible con los tubos ofertados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| 10.22.003                                                           | bcb61     | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                            |
| 10.22.003                                                           | bcb62     | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1(uno) a elección del médico |
| 10.22.003                                                           | bcb63     | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 10.22.003                                                           | bcb78     | Kit de Esfinterotomía por enteroscopia que incluye: Guía de alto rendimiento (o guia hidrofílica) de 450 a 600 cm de longitud y 0.035 de diámetro. Balón de extracción en el rango de 9 a 15 mm para enteroscopia de 200cm de longitud o mayor. Sistema de colocación de prótesis biliar de 8.5, 10, 11.5 Fr. De 5 a 15 cm de longitud. Y catéter de 200 cm a 230 cm o mayor compatible con la sonda, visión frontal para argón plasma. | 1                            |
| 10.22.006 Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/000/000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave procedimiento                                                                                   | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                              | Cantidad                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10.22.006                                                                                             | bcb33     | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado.           | 1                                    |
| <b>10.22.009 Ultrasonido endoscópico de tubo digestivo.</b>                                           |           |                                                                                                                                                                     |                                      |
| clave procedimiento                                                                                   | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                              | Cantidad                             |
| 10.22.009                                                                                             | bcb12     | Balón de silicón o látex para endoscopio para ultrasonido lineal, compatible con la marca ofertada.                                                                 | 1                                    |
| 10.22.009                                                                                             | bcb13     | Balón de silicón o látex para endoscopio para ultrasonido radial, compatible con la marca ofertada.                                                                 | 1                                    |
| <b>10.23.001 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.</b>         |           |                                                                                                                                                                     |                                      |
| clave procedimiento                                                                                   | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                              | Cantidad                             |
| 10.23.001                                                                                             | bcb1      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 19 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 180 a 240 cm. O              | 2 a elección del especialista        |
| 10.23.001                                                                                             | bcb2      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O | 3                                    |
| 10.23.001                                                                                             | bcb3      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.         | 3                                    |
| 10.23.001                                                                                             | bcb35     | Clip para hemostasia endoscópica.                                                                                                                                   | 3                                    |
| <b>10.23.002 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.</b> |           |                                                                                                                                                                     |                                      |
| clave procedimiento                                                                                   | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                              | Cantidad                             |
| 10.23.002                                                                                             | bcb1      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 19 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 180 a 240 cm. O              | 2 a elección del especialista        |
| 10.23.002                                                                                             | bcb2      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O | 3                                    |
| 10.23.002                                                                                             | bcb3      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.         | 3                                    |
| 10.23.002                                                                                             | bcb34     | Cianocrilato vial. O                                                                                                                                                | 2 viales a elección del especialista |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                               | a                                    |
| 10.23.002                                                                                                                                          | bcb81            | Lipiodol frasco ampula.                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| 10.23.002                                                                                                                                          | bcb104           | Set de ligadura variceal, con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm. compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento.                                                       | 1                                    |
| <b>10.23.003 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.</b>                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                                                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b>                      |
| 10.23.003                                                                                                                                          | bcb1             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 19 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 180 a 240 cm. O                                                                        | 2 a elección del especialista        |
| 10.23.003                                                                                                                                          | bcb2             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O                                                           |                                      |
| 10.23.003                                                                                                                                          | bcb3             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.                                                                   |                                      |
| 10.23.003                                                                                                                                          | bcb34            | Cianocrilato vial. O                                                                                                                                                                                                          | 2 viales a elección del especialista |
| 10.23.003                                                                                                                                          | bcb81            | Lipiodol frasco ampula.                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <b>10.23.004 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                                                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b>                      |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb59            | Equipo de cepillo para citología biliar guiado, (incluye: camisa para el cepillo, cepillo con diámetro en el rango de 2 a 3.5 mm., punta flexible en el rango de 2.0 a 3.5 cm. 6 fr. a 9fr., longitud 115 a 200 cm., o mayor. | 1                                    |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb61            | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                        | 1                                    |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud.                                                                                                                                         | 1(uno) a elección del médico         |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitud mayor.                                                                                                                                             |                                      |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                                                                                 | 1                                    |
| <b>10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar.</b>                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave procedimiento                                                                                                    | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10.23.007                                                                                                              | bcb10     | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O                                                                           | 1 a elección del especialista       |
| 10.23.007                                                                                                              | bcb29     | Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en el rango de 6 a 12 Fr., con longitud en el rango de 180 a 260 cm.                                                                                                | 1                                   |
| 10.23.007                                                                                                              | bcb61     | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                                               | 1 (una) a elección del médico       |
| 10.23.007                                                                                                              | bcb62     | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                                              | 1                                   |
| 10.23.007                                                                                                              | bcb63     | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                                                                   | 1                                   |
| 10.23.007                                                                                                              | bcb72     | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                                                                                                        | 1                                   |
| 10.23.007                                                                                                              | bcb125    | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cms longitud.                                                                                                                               | 1                                   |
| <b>10.23.008 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.</b>                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| clave procedimiento                                                                                                    | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                            |
| 10.23.008                                                                                                              | bcb14     | Balón O catéter de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm., cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc. Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. | 1                                   |
| <b>10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto.</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| clave procedimiento                                                                                                    | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                            |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb10     | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O                                                                           | 1 (uno) a elección del especialista |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb30     | Catéter de dilatación biliar calibrado en un rango de 6 a 12 fr., con de 180 a 240 cm., de longitud o o Cáteter de dilatación biliar radial controlada con medidas de 6 a 12 mm, longitud de 240 cm.                                                 | 1                                   |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb61     | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                                               | 1                                   |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.23.009                                                                                                       | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                  | 1(uno) a elección del médico |
| 10.23.009                                                                                                       | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                       |                              |
| 10.23.009                                                                                                       | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                            | 1                            |
| 10.23.009                                                                                                       | bcb125           | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cms longitud.                                                   | 1                            |
| 10.23.009                                                                                                       | bcb126           | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr. X 5 a 10 cm., de longitud.                                                            | 1                            |
| <b>10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja.</b> |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                      | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                            | <b>Cantidad</b>              |
| 10.23.010                                                                                                       | bcb10            | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. | 1                            |
| 10.23.010                                                                                                       | bcb20            | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias.                     | 1                            |
| 10.23.010                                                                                                       | bcb27            | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable.             | 1                            |
| 10.23.010                                                                                                       | bcb61            | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                   | 1                            |
| 10.23.010                                                                                                       | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                  | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.010                                                                                                       | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                       |                              |
| 10.23.010                                                                                                       | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                            | 1                            |
| <b>10.23.015 Gastrostomía endoscópica adulto.</b>                                                               |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                      | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                            | <b>Cantidad</b>              |
| 10.23.015                                                                                                       | bcb17            | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado ( 24 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms.                                                                 | 1                            |
| 10.23.015                                                                                                       | bcb103           | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar, 24 fr., por método de tracción y accesorios para colocación.                                 | 1                            |
| <b>10.23.020 Mucosectomía endoscópica y disección de tubo digestivo</b>                                         |                  |                                                                                                                                                                          |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                                                                                            | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10.23.020                                                                                                         | bcb2         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.                                                                                                                                                                    | 1                                     |
| 10.23.020                                                                                                         | bcb24        | Capuchones para hidrodisseccion endoscópica compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     |
| 10.23.020                                                                                                         | bcb35        | Clip para hemostasia endoscópica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                     |
| 10.23.020                                                                                                         | bcb48        | Cuchillo para hidrodisseccion endoscópica tipo I o T u O de 180 a 240 cm de longitud. o Sonda de corte que sean compatibles con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1                                     |
| 10.23.020                                                                                                         | bcb79        | Kit de mucosectomía que contiene: Ligador con 6 O 7 bandas para tubo de 8.6 a 13 mm. lazo ovalado para polipectomía con longitud de catéter de 230 a 240 cm. Aguja para escleroterapia de 23 G y longitud de catéter de 240 cm.( los componentes pueden ofertarse por separado siempre que sean completamente compatibles entre sí). | 1                                     |
| <b>10.23.022 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.</b>                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| clave<br>procedimiento                                                                                            | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                              |
| 10.23.022                                                                                                         | bcb2         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O                                                                                                                                                                  | 1(una) a<br>elección<br>del<br>médico |
| 10.23.022                                                                                                         | bcb3         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.                                                                                                                                                                          |                                       |
| 10.23.022                                                                                                         | bcb7         | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                     |
| 10.23.022                                                                                                         | bcb8         | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud. compatible con los tubos ofertados.                                                                                                                                                                                                            | 1                                     |
| <b>10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja.</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| clave<br>procedimiento                                                                                            | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                              |
| 10.23.023                                                                                                         | bcb10        | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O                                                                                                                                                           | 1(una) a<br>elección<br>del<br>médico |
| 10.23.023                                                                                                         | bcb29        | Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en el rango de 6 a 12 Fr., con longitud en el rango de 180 a 260 cm.                                                                                                                                                                                |                                       |
| 10.23.023                                                                                                         | bcb61        | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                     |
| 10.23.023                                                                                                         | bcb62        | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                                                                                                                              | 1(una) a<br>elección<br>del<br>médico |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.23.023                                                                                               | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                       |                              |
| 10.23.023                                                                                               | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                            | 1                            |
| 10.23.023                                                                                               | bcb124           | Stent metálico autoexpandible cubierta y no cubierta de nitinol (o cubierta equivalente)biliar de 6, 8, 10 mm. X 4, 6, 8 cm., de longitud.                               | 1                            |
| 10.23.023                                                                                               | bcb126           | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr. X 5 a 10 cm., de longitud.                                                            | 1                            |
| <b>10.23.024 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                            | <b>Cantidad</b>              |
| 10.23.024                                                                                               | bcb10            | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. | 1                            |
| 10.23.024                                                                                               | bcb20            | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. O                   | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.024                                                                                               | bcb27            | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable.             |                              |
| 10.23.024                                                                                               | bcb61            | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                   | 1                            |
| 10.23.024                                                                                               | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                  | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.024                                                                                               | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                       |                              |
| 10.23.024                                                                                               | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                            | 1                            |
| <b>10.23.025 Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático.</b>                                       |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                            | <b>Cantidad</b>              |
| 10.23.025                                                                                               | bcb10            | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. | 1                            |
| 10.23.025                                                                                               | bcb55            | Endoprótesis plástica de doble cola de cochino, 4 a 5 cm., de longitud calibre 3 a 10 fr.                                                                                | 2                            |
| 10.23.025                                                                                               | bcb60            | Esfinterotómo de corte O precorte, de 5 mm., O 7.5 fr.                                                                                                                   | 1                            |
| 10.23.025                                                                                               | bcb71            | Guía de alto rendimiento de 0.035" y 450 cm., de longitud.                                                                                                               | 1                            |
| <b>PAQUETE 3 ARTROSCOPIA</b>                                                                            |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
| <b>10.01.002 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo.</b>                                                    |                  |                                                                                                                                                                          |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                                | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                    | Cantidad                     |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.01.002                                             | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1                            |
| 10.01.002                                             | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1                            |
| 10.01.002                                             | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1                            |
| 10.01.002                                             | bcb96        | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.            | 1                            |
| 10.01.002                                             | bcb120       | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coablación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones.                                                    | 1                            |
| <b>10.01.004 Artroscopia de hombro.</b>               |              |                                                                                                                                                                                           |                              |
| clave<br>procedimiento                                | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                    | Cantidad                     |
| 10.01.004                                             | bcb21        | Cánula plástica con obturador para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 a 8.30 mm., y de 70 a 90 mm., de longitud. O             | 2(dos) a elección del médico |
| 10.01.004                                             | bcb22        | Cánula roscada O lisa con obturador de 6.0 a 9.0 mm. presentar medidas intermedias, de diámetro por 7-7.5 cm., de longitud.                                                               |                              |
| 10.01.004                                             | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1                            |
| 10.01.004                                             | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1                            |
| 10.01.004                                             | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1                            |
| 10.01.004                                             | bcb97        | Punta de rasurador dentada o lisa, para resección agresiva de sinovial y en el rango desde 3.5 mm a 5.5 mm.                                                                               | 2                            |
| 10.01.004                                             | bcb121       | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coablación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°.                                                                | 2                            |
| <b>10.01.008 Artroscopia de rodilla con implante.</b> |              |                                                                                                                                                                                           |                              |
| clave<br>procedimiento                                | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                    | Cantidad                     |
|                                                       |              | En caso de utilizar el bcb110, se requiere utilizar el bcc 10.01.906 Sistema de cortico femoral.                                                                                          |                              |
| 10.01.008                                             | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1                            |
| 10.01.008                                             | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.01.008                                            | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.01.008                                            | bcb96            | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            |
| 10.01.008                                            | bcb109           | Sistema de fijación cortical para LCA y LCP con cuatro puntos de bloqueo o BOTON O SISTEMA DE SUSPENSION PARA FIJACION CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES. Tornillo de interferencia de titanio de rosca no cortante 7mm x 25mm a 9mm x 25 o Tornillo de interferencia Biocompatible o absorbible de 7mm a 10mm x 25mm o 30mm. Set de guías para perforación de túneles tibial y femoral con y sin ojal. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.01.008                                            | bcb110           | Sistema de fijación cortico femoral. Mas Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titánio O biodegradable o absorbible, para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm., longitud de 20 a 30 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza.                                                               |                              |
| 10.01.008                                            | bcb112           | Sistema de reparación todo-dentro con nudo deslizante con implante, ya sea no absorbible o con suturas. (Disponible en el 30% de estos procedimientos).                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                            |
| 10.01.008                                            | bcb121           | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                            |
| 10.01.008                                            | bcb128           | Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titanio O biodegradable, o bioabsorbible para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm., longitud de 20 a 30 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza.                                                                                                     | 2 elección del cirujano.     |
| <b>10.01.010 Artroscopia de rodilla.</b>             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                           | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cantidad</b>              |
| 10.01.010                                            | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                            |
| 10.01.010                                            | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| 10.01.010                                            | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.01.010                                            | bcb96            | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            |
| 10.01.010                                            | bcb121           | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                            |
| <b>10.01.011 Artroscopia de hombro con implante,</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                           | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cantidad</b>              |
| 10.01.011                                            | bcb6             | Aguja para pinza pasasutura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.01.011                                                        | bcb21            | Cánula plástica con obturador para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 a 8.30 mm., y de 70 a 90 mm., de longitud.                                           | 2                            |
| 10.01.011                                                        | bcb22            | Cánula roscada O lisa con obturador de 6.0 a 9.0 mm. presentar medidas intermedias, de diámetro por 7-7.5 cm., de longitud.                                                                                           | 1                            |
| 10.01.011                                                        | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                  | 1                            |
| 10.01.011                                                        | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                      | 1                            |
| 10.01.011                                                        | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                             | 1                            |
| 10.01.011                                                        | bcb96            | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.                                        | 1                            |
| 10.01.011                                                        | bcb111           | Sistema de pasasutura der e izq. y neutro.                                                                                                                                                                            | 1                            |
| 10.01.011                                                        | bcb114           | Sistema para reparación de labrum, tipo ancla biocompuesta de 2.0 a 3.0 mm., con una o dos suturas O ancla metálica autorroscante con una sutura de 2.0mm a 3.5 mm, sutura de 2 O 4 hilos montada en pieza de mano. O | 2(dos) a elección del médico |
| 10.01.011                                                        | bcb115           | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla O tornillo metálico autorroscante de 2.8 a 5.0 mm., de diámetro, sutura de 2 O 4 hilos montada en pieza de mano. O                                      |                              |
| 10.01.011                                                        | bcb116           | Sistema para reparación de mango rotador, tipo ancla O tornillo biodegradable tipo saca corchos, montado en pieza de mano y sutura de 3.5 a 6.5 mm., de diámetro.                                                     |                              |
| 10.01.011                                                        | bcb121           | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°.                                                                                             | 1                            |
| <b>10.01.012 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo con implante</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                       | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>              |
| 10.01.012                                                        | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                  | 1                            |
| 10.01.012                                                        | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                      | 1                            |
| 10.01.012                                                        | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                             | 1                            |
| 10.01.012                                                        | bcb96            | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.                                        | 1                            |
| 10.01.012                                                        | bcb113           | Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla metálica o bioabsorbible entre 1.7 a 3.7 mm.                                                                                                              | 2                            |
| 10.01.012                                                        | bcb120           | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones.                                                                                 | 1                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.01.013 Artroscopia de cadera.             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| clave procedimiento                          | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.01.013                                    | bcb23     | Cánula roscada O lisa con obturador de 7 a 8.5 mm de diámetro de 90 a 110 de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.01.013                                    | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.01.013                                    | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.01.013                                    | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.01.013                                    | bcb98     | Punta de rasurador fresa ovalada de 3.5 a 5.5. longitud de 18 a 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.01.013                                    | bcb99     | Punta recta o angulada a 30 ° de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 3.8 mm hasta 5.5 mm con longitud en el rango de 18 a 25 cm.                                                                                                                                                                 | 1        |
| 10.01.013                                    | bcb107    | Set o Kit de aguja para acceso de nitinol de 1.0 a 1.4 mm de diámetro./ ó Pac de cadera, desechable (incluye 3 alambre guía de nitinol 1.2mm x 18" y 2 agujas de artroscopia 6", calibre 17)                                                                                                                                                          | 1        |
| 10.01.013                                    | bcb119    | Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripción de fabricante./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 1        |
| 10.01.014 Artroscopia de cadera con implante |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| clave procedimiento                          | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.01.014                                    | bcb23     | Cánula roscada O lisa con obturador de 7 a 8.5 mm de diámetro de 90 a 110 de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.01.014                                    | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.01.014                                    | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.01.014                                    | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.01.014                                    | bcb98     | Punta de rasurador fresa ovalada de 3.5 a 5.5. longitud de 18 a 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.01.014                                    | bcb99     | Punta recta o angulada a 30 ° de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 3.8 mm hasta 5.5 mm con longitud en el rango de 18 a 25 cm.                                                                                                                                                                 | 1        |
| 10.01.014                                    | bcb107    | Set o Kit de aguja para acceso de nitinol de 1.0 a 1.4 mm de diámetro./ ó Pac de cadera, desechable (incluye 3 alambre guía de nitinol 1.2mm x 18" y 2 agujas de artroscopia 6", calibre 17)                                                                                                                                                          | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10.01.014 | bcb108 | Sistema de anclaje para labrum de cadera tipo ancla, METALICA O BIO ABSORBIBLE, entre 2.3 y 2.9 mm.                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 |
| 10.01.014 | bcb119 | Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripción de fabricante./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 1 |

**PAQUETE 4 CAPSULA ENDOSCOPICA**

**10.22.001/ 10.22.101 Cápsula para visualización de tubo digestivo ADULTO Y PEDIATRICA**

| clave procedimiento   | clave bcb | Bien de Consumo Básico   | Cantidad                |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 10.22.001 / 10.22.101 |           | * No requiere bcb ni bcc | 1 por cada grupo etario |

**PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS**

**10.22.004 Manometría de alta resolución anorectal ADULTO.**

| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                            | Cantidad |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.22.004           | bcb31     | Catéter para manometría anorectal Reusable según equipo ofertado. | 1        |

**10.22.005 Manometría de alta resolución esofágica ADULTO.**

| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                            | Cantidad          |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10.22.005           | bcb32     | Catéter para manometría esofágica reusable según equipo ofertado. | 1 por 200 eventos |

**10.22.007 / 10.22.107 Phmetría de tubo digestivo superior ADULTO Y PEDIATRICA.**

| clave procedimiento   | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                         | Cantidad                |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10.22.007 / 10.22.107 | bcb101    | Sensor o catéter de antimonio para Phmetría esofágica reusable o desechable, de acuerdo a tecnología ofertada con soluciones búfer y catéteres convencionales de uno o dos sensores con medición de impedancia | 1 por cada grupo etario |

**10.22.008 / 10.22.108 Phmetría con impedancia ADULTO Y PEDIATRICA.**

| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|
|                     |           |                        |          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                          |       |                                                                                                         |                                      |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10.22.008 /<br>10.22.108 | bcb38 | Phmetría con impedancia ADULTO Y/O PEDIÁTRICA (Consumibles de acuerdo a tecnología de cada fabricante). | por<br>paciente y<br>grupo<br>etario |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

**GRUPO ETARIO PEDIATRÍA**  
**PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN**  
**PEDIÁTRICOS.**  
**CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE ONG PEDIÁTRICA.**

| <b>10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica.</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>clave<br/>procedimiento</b>                                                                              | <b>clave<br/>bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Cantidad</b>                         |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb39                | Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 8 a 10.5 cm., de longitud. O Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 8 a 11 cm., de longitud.                           | 2(dos) a<br>elección<br>del<br>cirujano |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb40                | Cuchilla angulada de 30° a 40° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 10.5 a 11 cm., de longitud. O                                                                                                                    |                                         |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb41                | Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 10.5 cm., de longitud. O Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 11 cm., de longitud. |                                         |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb46                | Cuchilla para tejido de 2.9 a 4 mm., de diámetro por 7.5 a 11 cm., de longitud.                                                                                                                                   |                                         |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb42                | Cuchilla cortadora curva con mordida externa O Cuchilla cortadora maleable con mordida externa                                                                                                                    | 1                                       |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb50                | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                              | 1                                       |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb53                | Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., ó 0.5 a 1.5 mm y longitud 100 a 110 mm.                                        | 1                                       |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb54                | Electrodo tipo aguja de 0.5 a 1.5 mm., de diámetro y de 100 a 110 mm., de longitud.                                                                                                                               | 1                                       |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb66                | Fresa para hueso de 2.8 a 3.0 mm., de diámetro por 7.5 a 12 cm., de longitud. O Fresa para hueso de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro por 7.5 a 12.5 cm., de longitud.                                                   | 1(una) a<br>elección<br>del<br>médico   |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb67                | Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 11 cm., de longitud. O Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 12.5 cm., de longitud.                                                   |                                         |
| 10.02.103                                                                                                   | bcb69                | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                  | 1                                       |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                |                  |                                                                                                                                                                                               |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.02.103                                                      | bcb80            | Lápiz para electrodo.                                                                                                                                                                         | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb85            | Microaguja para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.                                                                                               | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb89            | Pinza bipolar en bayoneta desechable o reusable.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb95            | Polímero de ácido hialurónico en gel, O Hemostático de matriz de gelatina bioabsorbible, O Biopolímero de ácido hialurónico en estado seco que se transforma en gel.                          | 1               |
| <b>10.02.104 Cirugía endoscópica de oído medio pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                     | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b> |
| 10.02.104                                                      | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                          | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                              | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb80            | Lápiz para electrodo.                                                                                                                                                                         | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb134           | Cuchilla cortadora o Fresa cortante compatible con equipo ofertado.                                                                                                                           | 1               |
| <b>10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica.</b>      |                  |                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                     | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.102                                                      | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                          | 1               |
| 10.06.102                                                      | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                          | 1               |
| 10.06.102                                                      | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                              | 1               |
| 10.06.102                                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1               |
| 10.06.102                                                      | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                            | 1               |
| 10.06.102                                                      | bcb86            | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante).                                                                                   | 1               |
| 10.06.102                                                      | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                           | 1               |
| 10.06.102                                                      | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                     | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DCA/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.102                                                  | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica. **</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.104                                                  | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5               |
| <b>10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico.</b>    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.106                                                  | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.106                                                  | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.106                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.106                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.106                                                  | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.106                                                  | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.106                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.106                                                                | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complejión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.110 Colectectomía laparoscópica pediátrica.</b>                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.110                                                                | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.110                                                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.110                                                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.110                                                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.110                                                                | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.110                                                                | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 2               |
| 10.06.110                                                                | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.110                                                                | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complejión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.111 Colectectomía con exploración de vía biliar pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.111                                                                | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.111                                                                | bcb28            | Cáteter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complejión y constitución del paciente.                                                                                              | 1               |
| 10.06.111                                                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.111                                                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.111                                                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                             | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.111                                                     | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.111                                                     | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 2               |
| 10.06.111                                                     | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.111                                                     | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5               |
| <b>10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica.**</b>      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.117                                                     | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb36            | Clips vasculares de polímero 5 mm. (Pza.)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                          | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasonico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5               |
| <b>10.06.124 Laparoscopia con toma de biopsia pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06. 124                                                    | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06. 124                                                    | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/JS/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06. 124                                                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasonónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.126 Laparoscopia diagnóstica pediátrica.</b>                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                                      | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.126                                                                       | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.155 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica.**</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                                      | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.155                                                                       | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.155                                                                       | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.155                                                                       | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                             | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.155                                                                                               | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.155                                                                                               | bcb88            | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2               |
| 10.06.155                                                                                               | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.155                                                                                               | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.155                                                                                               | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según compleción y constitución del paciente. | 5               |
| <b>10.06.156 Laparoscopia con resección de tubo digestivo pediátrica.</b>                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.156                                                                                               | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb26            | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                                                                                      | 4               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb58            | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                                                                                         | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 2               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según compleción y constitución del paciente. | 5               |
| <b>10.06.157 Laparoscopia con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.157                                                                                               | bcb25            | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 2.5 mm., de                                                                                                                                                                                                                                                              | 4               |

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron estudiados por la persona titular de la Jefatura de Especialidades de la ODDD Regional Cúcuta en el momento 7.2.1, puntos 1.1, 1.8 del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULS/DIC/2024/000203

COLUSJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                              |                  | altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 10.06.157                                                    | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| 10.06.157                                                    | bcb56            | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola O por separado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.157                                                    | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.157                                                    | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                         | 1               |
| 10.06.157                                                    | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.157                                                    | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               |
| 10.06.157                                                    | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasonico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.06.157                                                    | bcb94            | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1               |
| 10.06.157                                                    | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complejión y constitución del paciente.                                                                                             | 4               |
| <b>10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                   | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.158                                                    | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb82            | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                         | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               |
| 10.06.158                                                    | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasonico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.06.158                                                               | bc93             | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            |
| 10.06.158                                                               | bc133            | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complejión y constitución del paciente. | 4                            |
|                                                                         |                  | ENDOUIROLOGÍA PEDIÁTRICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| <b>10.04.101 Cistoscopia pediátrica.</b>                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.101                                                               | bc50             | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| 10.04.101                                                               | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            |
| 10.04.101                                                               | bc83             | Manguera de irrigación/aspiración en " Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                           | 1                            |
| <b>10.04.121 Cistoscopia pediátrica. Para retiro de catéter Doble J</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.121                                                               | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            |
| <b>10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica.</b>                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.115                                                               | bc47             | Cuchillo de media luna para uretrotomo compatible con el equipo O                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.115                                                               | bc49             | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 10.04.115                                                               | bc50             | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| 10.04.115                                                               | bc52             | Electrodo de vaporización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                            |
| 10.04.115                                                               | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            |
| 10.04.115                                                               | bc70             | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038". O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm.                                                                                                | 1                            |
| 10.04.115                                                               | bc83             | Manguera de irrigación/aspiración en " Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                           | 1                            |

La revisión jurídica del presente es jurada realizada por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco en el momento 7.31, puntos 1, 8 del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o suficiencia de la unidad administrativo responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJDC202006000203

COLUSJ/DC/2026/00000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10.04.115                                             | bcb117           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico   |
| 10.04.115                                             | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                          |                                |
| <b>10.04.117 Litotricia pielocalicial pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| <b>clave procedimiento</b>                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b>                |
| 10.04.117                                             | bcb18            | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                        | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb19            | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado                                                                                                                                    | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                               | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb73            | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038" X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm.                                                           | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                       | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb106           | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano).                                                                           | 1(un)set a elección del médico |
| 10.04.117                                             | bcb117           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico   |
| 10.04.117                                             | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                          |                                |
| <b>10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica.</b>      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| <b>clave procedimiento</b>                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b>                |
| 10.04.118                                             | bcb19            | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado                                                                                                                                    | 1                              |
| 10.04.118                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                               | 1                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/00000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10.04.118                                       | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 10.04.118                                       | bcb73            | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038" X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. O                                                         | 1(una) a elección del médico   |
| 10.04.118                                       | bcb74            | Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm.                                                                                                                                    |                                |
| 10.04.118                                       | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                         | 1                              |
| 10.04.118                                       | bcb106           | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano).                                                                           | 1(un)set a elección del médico |
| 10.04.118                                       | bcb117           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico   |
| 10.04.118                                       | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                          |                                |
| <b>10.04.119 Litotricia vesical pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| <b>clave procedimiento</b>                      | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b>                |
| 10.04.119                                       | bcb19            | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado                                                                                                                                    | 1(una) a elección del médico   |
| 10.04.119                                       | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                               | 1                              |
| 10.04.119                                       | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 10.04.119                                       | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                         | 1                              |
| 10.04.119                                       | bcb117           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico   |
| 10.04.119                                       | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                          |                                |
|                                                 |                  | <b>CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/00000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| 10.06.114 Criptorquidia abdominal.                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| clave procedimiento                                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad |
| 10.06.114                                                      | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.114                                                      | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| 10.06.114                                                      | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.114                                                      | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| 10.06.114                                                      | bcb94     | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |
| 10.06.114                                                      | bcb133    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4        |
| 10.06.135 Nefrectomía pediátrica.                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| clave procedimiento                                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad |
| 10.06.135                                                      | bcb15     | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.135                                                      | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.135                                                      | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| 10.06.135                                                      | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.135                                                      | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| 10.06.135                                                      | bcb87     | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.135                                                      | bcb88     | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| 10.06.135                                                      | bcb90     | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.135                                                      | bcb94     | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |
| 10.06.135                                                      | bcb133    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4        |
| 10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopia pediátrica.** |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron estudiados por la persona titular de la Jefatura de Especialidades de la ODDD Regional Cúcuta en el momento 7.2.1, puntos 1.1, 1.8 del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULS/DIC/2024/000203

COLUSJ/DC/2026/00000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                                               | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10.06.139                                                            | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb84        | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb90        | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb94        | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb106       | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano).                                                                                                               | 1(un)set a elección del médico |
| 10.06.139                                                            | bcb133       | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complejión y constitución del paciente. | 4                              |
| <b>10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico.</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| clave<br>procedimiento                                               | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad                       |
| 10.06.150                                                            | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb84        | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb90        | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb94        | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb133       | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complejión y constitución del paciente. | 4                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/00000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.06.160 Pieloplastia pediátrica.                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| clave procedimiento                                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad                       |
| 10.06.160                                                      | bcb16     | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 10.06.160                                                      | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 10.06.160                                                      | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                              |
| 10.06.160                                                      | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1                              |
| 10.06.160                                                      | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 10.06.160                                                      | bcb90     | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                              |
| 10.06.160                                                      | bcb94     | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                              |
| 10.06.160                                                      | bcb106    | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano).                                                                                                               | 1(un)set a elección del médico |
| 10.06.160                                                      | bcb117    | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano).                                       | 1                              |
| 10.06.160                                                      | bcb118    | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                                                              | 1                              |
| 10.06.160                                                      | bcb133    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complejión y constitución del paciente. | 4                              |
| 10.06.161 Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| clave procedimiento                                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad                       |
| 10.06. 161                                                     | bcb16     | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 10.06. 161                                                     | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|            |        | ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 10.06. 161 | bcb69  | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            |
| 10.06. 161 | bcb83  | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                             | 1                            |
| 10.06. 161 | bcb84  | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.06. 161 | bcb90  | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                            |
| 10.06. 161 | bcb94  | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                            |
| 10.06. 161 | bcb118 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                                                              | 1(una) a elección del médico |
| 10.06. 161 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4                            |
|            |        | TORACOSCOPIA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |

| 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. |           |                                                                                                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| clave procedimiento                                                           | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                     | Cantidad |
| 10.07.101                                                                     | bcb15     | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                       | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb25     | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 2.5 mm., de altura.                                                                                                          | 4        |
| 10.07.101                                                                     | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                       | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb58     | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                             | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                           | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb86     | Nudo preformado de poliglactina 910 O acido poliglicolico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante).                                                                                | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb87     | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                        | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb90     | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                        | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/000/000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.07.101                                                    | bc94             | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| 10.07.101                                                    | bc130            | Trócares flexibles punta roma , desechables o reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complejidad y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.07.102 Toroscopia diagnóstica.</b>                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                   | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b> |
| 10.07.102                                                    | bc50             | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.07.102                                                    | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.07.102                                                    | bc83             | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                            | 1               |
| 10.07.102                                                    | bc84             | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.07.102                                                    | bc90             | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.07.102                                                    | bc94             | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| 10.07.102                                                    | bc130            | Trócares flexibles punta roma , desechables o reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complejidad y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.07.103 Toroscopia diagnóstica con toma de biopsia.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                   | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b> |
| 10.07.103                                                    | bc50             | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.07.103                                                    | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.07.103                                                    | bc83             | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                            | 1               |
| 10.07.103                                                    | bc84             | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.07.103                                                    | bc87             | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.07.103                                                    | bc90             | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.07.103                                                    | bc94             | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10.07.103 | bcb130 | Trócares flexibles punta roma , desechables o reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

| PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA.                     |           |                                                                                                                                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ENDOSCOPIA DE APARATO RESPIRATORIO PEDIÁTRICA.                                            |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| 10.21.102 Broncoscopia con toma de biopsia y cepillado pediátrica.                        |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
| 10.21.102                                                                                 | bcb33     | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. | 1                               |
| 10.21.102                                                                                 | bcb129    | Trampa de lavado bronquial o equivalente.                                                                                                                 | 1                               |
| 10.21.104 Dilataciones traqueales o bronquiales pediátrica.                               |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
| 10.21.104                                                                                 | bcb11     | Balón de dilatación con capacidad de alcanzar diferentes diámetros . Compatible con el canal de trabajo solicitado, en función del equipo. O              | 1 (uno) a elección del cirujano |
| 10.21.104                                                                                 | bcb77     | Juego de dilatadores percutáneos del 8 al 20 fr. o de 8 a 30 fr.                                                                                          |                                 |
| 10.21.104                                                                                 | bcb75     | Jeringa esterilizada de 60 cc., con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación.                                                          | 1                               |
| 10.21.105 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio pediátrica.                   |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
| 10.21.105                                                                                 | bcb129    | Trampa de lavado bronquial o equivalente.                                                                                                                 | 1                               |
| 10.22.102 Colonoscopia con toma de biopsia pediátrica.                                    |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
|                                                                                           |           | * Son todos bienes de consumo complementarios                                                                                                             |                                 |
| 10.22.106 Panendoscopia con toma de biopsia y/o cepillado pediátrica                      |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
| 10.22.106                                                                                 | bcb33     | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. |                                 |
| 10.23.101 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales pediátrica. |           |                                                                                                                                                           |                                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                                                                                                       | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                  | Cantidad                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10.23.101                                                                                                                    | bcb2         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O     | 2 a<br>elección<br>del<br>especialist<br>a        |
| 10.23.101                                                                                                                    | bcb3         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.             |                                                   |
| <b>10.23.102 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas con escleroterapia pediátrica.</b> |              |                                                                                                                                                                         |                                                   |
| clave<br>procedimiento                                                                                                       | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                  | Cantidad                                          |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb2         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O     | 2, a<br>elección<br>del<br>médico.                |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb3         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.             |                                                   |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb34        | Cianocrilato vial. O                                                                                                                                                    | 2 a<br>elección<br>del<br>médico                  |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb81        | Lipiodol frasco ampula.                                                                                                                                                 |                                                   |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb104       | Set de ligadura variceal, con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm. compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. | 1                                                 |
| <b>10.23.103 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales pediátrica.</b>            |              |                                                                                                                                                                         |                                                   |
| clave<br>procedimiento                                                                                                       | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                  | Cantidad                                          |
| 10.23.103                                                                                                                    | bcb2         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O     | 2 a<br>elección<br>del<br>médico.                 |
| 10.23.103                                                                                                                    | bcb3         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.             |                                                   |
| 10.23.103                                                                                                                    | bcb34        | Cianocrilato vial. O                                                                                                                                                    | 2 viales a<br>elección<br>del<br>especialist<br>a |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10.23.103                                                                                                                                             | bcb81            | Lipiodol frasco ampula.                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| <b>10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b>               |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb59            | Equipo de cepillo para citología biliar guiado, (incluye: camisa para el cepillo, cepillo con diámetro en el rango de 2 a 3.5 mm., punta flexible en el rango de 2.0 a 3.5 cm. 6 fr. a 9fr., longitud 115 a 200 cm., o mayor.                        | 1                             |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb61            | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                                               | 1                             |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                                              | 1(uno) a elección del médico  |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                                                                   |                               |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                                                                                                        | 1                             |
| <b>10.23.108 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica.</b>                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b>               |
| 10.23.108                                                                                                                                             | bcb14            | Balón O catéter de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm., cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc. Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. | 1 (una) a elección del médico |
| 10.23.108                                                                                                                                             | bcb92            | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado.                                                                                                                                                                                             | 1                             |
| <b>10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática, básica pediátrica.</b>                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b>               |
| 10.23.109                                                                                                                                             | bcb10            | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O                                                                           | 1 (uno) a elección del médico |
| 10.23.109                                                                                                                                             | bcb27            | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. O                                                                                       |                               |
| 10.23.109                                                                                                                                             | bcb30            | Catéter de dilatación biliar calibrado en un rango de 6 a 12 fr., con de 180 a 240 cm., de longitud o o Cáteter de dilatación biliar radial controlada con medidas de 6 a 12 mm, longitud de 240 cm.                                                 |                               |
| 10.23.109                                                                                                                                             | bcb61            | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                                               | 1                             |
| 10.23.109                                                                                                                                             | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                                              | 1 (una) a elección            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratante.



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                 | del<br>médico                          |
| 10.23.109                                                                                                   | bcb63                | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                              |                                        |
| 10.23.109                                                                                                   | bcb72                | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                   | 1                                      |
| 10.23.109                                                                                                   | bcb125               | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cms longitud. O                                        | 1(uno) a<br>elección<br>del<br>médico  |
| 10.23.109                                                                                                   | bcb126               | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr. X 5 a 10 cm., de longitud.                                                   |                                        |
| <b>10.23.115 Gastrostomía endoscópica pediátrica.</b>                                                       |                      |                                                                                                                                                                 |                                        |
| <b>clave<br/>procedimiento</b>                                                                              | <b>clave<br/>bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                   | <b>Cantidad</b>                        |
| 10.23.115                                                                                                   | bcb102               | Set de gastrostomía endoscópica percutánea en el rango de 14fr. a 24 fr ( presentar medidas intermedias)., por método de tracción y accesorios para colocación. | 1                                      |
| <b>10.23.122 Polipsectomía de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica.</b>                                  |                      |                                                                                                                                                                 |                                        |
| <b>clave<br/>procedimiento</b>                                                                              | <b>clave<br/>bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                   | <b>Cantidad</b>                        |
| 10.23.122                                                                                                   | bcb7                 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo.                                                                                    | 1                                      |
| 10.23.122                                                                                                   | bcb8                 | Asa endoscópica para polipsectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud. compatible con los tubos ofertados.                                      | 1                                      |
| <b>10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica.</b> |                      |                                                                                                                                                                 |                                        |
| <b>clave<br/>procedimiento</b>                                                                              | <b>clave<br/>bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                   | <b>Cantidad</b>                        |
| 10.23.124                                                                                                   | bcb20                | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias.            | 1 (una) a<br>elección<br>del<br>médico |
| 10.23.124                                                                                                   | bcb27                | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable.    | 1                                      |
| 10.23.124                                                                                                   | bcb61                | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                          | 1                                      |
| 10.23.124                                                                                                   | bcb62                | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                         | 1 (una) a<br>elección<br>del<br>médico |
| 10.23.124                                                                                                   | bcb63                | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                              |                                        |
| 10.23.124                                                                                                   | bcb72                | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                   | 1                                      |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS**  
Los siguientes Bienes de Consumo Complementarios podrán solicitarse dependiendo la  
necesidad de la unidad.

| <b>Paquete 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clave</b>                                                         | <b>Nombre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.02.901                                                            | Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm )./ o Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis (tamaño 4.5 a 9 cm).                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.02.902                                                            | Fresa cortante o esférica o cilíndrica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 4.0 mm., diámetro por 10.5 a 12.5 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.02.903                                                            | Fresa para hueso de 4.0 a 4.5 mm., de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.04.904                                                            | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr./ o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. |
| 10.04.905                                                            | Set ó equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J" radiopaco de calibres; en el rango de 3.7 fr. a 4.8 fr. X 10 cm. hasta 22 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.04.906                                                            | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía, longitud. 24 cm calibre. 5 fr. catéter ureteral de poliuretano. Radiopaco. Con posicionador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.04.907                                                            | Balón dilatador para tracto percutáneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.04.908                                                            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml. Y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.04.909                                                            | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.04.910                                                            | Cuchillo recto y de media luna para uretrotomo compatible con el equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.04.912                                                            | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm., incluye sistema de inflado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.04.913                                                            | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.04.914                                                            | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.04.915                                                            | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm., ó 4 mm. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.04.916                                                            | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr. (Ureterolito láser flexible).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.04.918                                                            | Camisa de acceso ureteral hidrofílica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.04.919                                                            | Juego de dilatadores percutáneos tipo Amplatz de 8 a 30 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.04.920                                                            | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.04.921                                                            | Aguja de acceso percutáneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos jurídicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |                                                                                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm.                                                    |  |
| 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología.                                                                                                        |  |
| 10.04.924 | Catéter con balón de oclusión de 5 a 7 fr. X 75 a 100 cm., de longitud.                                                                             |  |
| 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr.                                                                                                            |  |
| 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado.                    |  |
| 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                   |  |
| 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla.                                                                                           |  |
| 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ ó Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla.         |  |
| 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo.                                                                                           |  |
| 10.06.909 | Engrapadora circular desde 28 a 34 mm., con capuchón.                                                                                               |  |
| 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio.                                                |  |
| 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano ó mediano/largo.                                      |  |
| 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente.                                                                              |  |
| 10.06.913 | Puerto laparoscópico único flexible para cirugía transanal con tres puertos incluidos y canal de insuflación.                                       |  |
| 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                |  |
| 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). |  |

| Paquete 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave                                                     | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.21.901                                                 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas.                                                                                                                                                                                                      |
| 10.21.902                                                 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable.                                                                                                                                   |
| 10.21.903                                                 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón ( de latex o silicón)incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopia.                                                                                                              |
| 10.22.902                                                 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 ó 10 cc., con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 10.23.901                                                 | Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento ( según tecnología de cada fabricante).                      |
| 10.23.903                                                 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm. O equivalente que cumpla la misma función.                                |
| 10.23.905                                                 | Prótesis autoexpandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas.                                                                             |

La revisión conjunta se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la compraventa, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos tales como arrendos, réditos y/o contrainte.

COL/SJ/DC/2026/00000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fistulas y sangrados y resecciones.                                                                                                                                                                                                               |
| 10.23.907 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.23.908 | Prótesis biliar, metálica de nitinol ( o cubierta equivalente)totalmente cubierta, autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con introductor de 6 fr., guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud.                                                                                                                        |
| 10.23.909 | Prótesis esofágica de 18 mm. de diámetro y 7 a 12 cm., de longitud, con guía.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.23.910 | Prótesis ó Stent plástica biliar, precargada o con sistema de liberación, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm.                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.23.911 | Prótesis metálica autoexpandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquistes o necrosectomía pancreática de 10 mm ó más de apertura y de diámetro lateral de 20 mm de longitud como mínimo.                                                                                                                                                         |
| 10.23.912 | Asa para polipectomía con tres medidas de asa de acuerdo a la tecnología del fabricante, controlable y desechable, de diámetro y de longitud compatible con los Equipos propuestos.                                                                                                                                                             |
| 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 ó 2.6 mm., de diámetro y 230 a 240 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                  |
| 10.23.914 | Balón para dilatación neumática ,para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm., de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM(o balón de dilatación de acuerdo a la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico). |
| 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud.                                                                                                                                                                                         |
| 10.23.916 | Cepillo de 2.4 o mayor, de 180 a 230cm de longitud para citología esofágica. Compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr.; de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación.                                    |
| 10.23.918 | Catéter de ablación con argón híbrida con long de mas de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente.                                                                                                                                                                               |
| 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.23.920 | Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.23.922 | Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.23.923 | Cepillo de citología para vía biliar guiado de al menos 2.1 a 2.5 mm y longitud de 200 a 240 CM.                                                                                                                                                                                                                                                |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación, ni de la viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos que determinan los requisitos, técnica y/o contrainte.

Se le realiza sobre la presente y/o

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

[illegible]

La respuesta jurídica del presente caso fue analizada por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la JCOB Regional Calima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, punto 1.8 del Manual de Organización y Función de la Secretaría de Gobierno, donde se establece que los asuntos jurídicos de carácter general, de trascendencia regional o nacional, que requieren de una opinión jurídica, son remitidos al Jefe de Servicios Jurídicos, con base en la resolución emitida por la persona titular del Departamento Consultivo, la finalidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el folio:

CUIJSDCZ02E/001      **000203**

COLUSJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

# FORMATOS

## Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión

COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS MÉDICOS INDIRECTOS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

1

**FORMATO T0. PROGRAMA DE TRABAJO.**

Para la Prestación del Servicio, se cumplirá el siguiente Programa de Trabajo, el cual puede ser objeto de modificaciones por la Unidad Médica, responsable de la administración del contrato, conforme a las necesidades del servicio, a fin de satisfacer la demanda de su derechohabiente. Es preciso señalar que el presente se complementa con el Programa de Capacitación; los plazos establecidos para entregas subsecuentes, bienes de consumo y bienes de consumo complementarios; así como del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica, que se especifican con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, en el ANEXO TÉCNICO que forma parte de esta Convocatoria.

| Plan de trabajo                                                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio Médico Integral de Procedimientos para Mínima Invasión (SMI para PMI) |                                                                                                                 |
| Objetivo estratégico                                                           | Objetivo 1.                                                                                                     |
| Fecha de elaboración                                                           | Fecha de actualización                                                                                          |
| Nombre del proyecto                                                            | Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión (SMI para PMI)                                  |
| EMPRESA                                                                        |                                                                                                                 |
| Objetivos                                                                      | GENERAL: XXXX<br>ESPECÍFICOS: <ul style="list-style-type: none"><li>• XXX</li><li>• XXX</li><li>• XXX</li></ul> |
| Estrategias                                                                    | 1. XXXX<br>2. XXXX<br>3. XXXX                                                                                   |
| Líneas de acción                                                               | 1.1. XX<br>1.2. XXXX<br>1.3. XXX                                                                                |
| Descripción general del proyecto                                               |                                                                                                                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.


**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

CALENDARIO DEL PLAN DE TRABAJO:  
(Sugerencia) Diagrama de Gantt:



2

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros. requirientes, técnica y/o contratante.

CO/JS/DO/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

3

**FORMATO T 5 "Programación de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental"**

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------|
| PROVEEDOR:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | NÚMERO DE CONTRATO: |     |     |     |                                           |
| UNIDAD MÉDICA:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | DÍA                 | MES | AÑO |     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
| PERIODICIDAD RECOMENDADA POR EL FABRICANTE:                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
| NOMBRE<br>DEL<br>EQUIPO o<br>INSTRUMENTAL                                                                                                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (según recomendación del fabricante) |                     |     |     |     | Observaciones                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023                                                          |                     |     |     |     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MES                                                           | MES                 | MES | MES | MES |                                           |
| Unidad XXXXX                                                                                                                                                                                                                                                           | xxx                                                           |                     |     |     |     | Sin incidencias ver check list a detalle  |
| Equi 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | xx                  |     |     |     | Pasa a correctivo por detectar fallo en x |
| Equi 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | xxx                 |     |     |     |                                           |
| set                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |     |     |     |                                           |
| El mantenimiento preventivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato. |                                                               |                     |     |     |     |                                           |

Nombre y firma del Jefe de  
Servicio/Conservación.

Nombre y firma por parte del Proveedor.

Nombre y firma del Técnico quien realizó el mantenimiento.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

CO/SJ/DCA/026/000/000203

IMSS

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requerentes, técnica y/o contratante.



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

4

**FORMATO T6 "Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental"**

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| PROVEEDOR:                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA DEL REPORTE                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DÍA:                                   | MES: | AÑO: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DÍA:                                   | MES: | AÑO: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | FOLIO DEL REPORTE:                     |      |      |
| NÚMERO DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |      |      |
| EQUIPO (S) O INSTRUMENTAL SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO                                                                                                                                                                                                            |                                        |      |      |
| NOMBRE DEL EQUIPO:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |      |      |
| CLAVE DEL CUADRO BÁSICO:                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |      |      |
| MARCA Y MODELO:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |      |      |
| NÚMERO DE SERIE:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |      |      |
| DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO:                                                                                                                                                                                                             |                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |      |      |
| ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS:                                                                                                                                                                                 |                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |      |      |
| El mantenimiento correctivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato. |                                        |      |      |

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o  
Conservación

Nombre y Firma del Proveedor

Nombre y Firma del Técnico que Realizó  
el Mantenimiento

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DO/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

5

### FORMATO T7 “Entrega /Recepción de Equipos”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PROVEEDOR ADJUDICADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA:                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD MEDICA:        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERO DE CONTRATO:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERO DE LICITACION: |
| FECHA DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| FECHA DE TERMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| NOMBRE GENERICO DEL EQUIPO:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| CLAVE DE CUADRO BASICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| MARCA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| MODELO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| NUMERO DE SERIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Las características de los equipos corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de aclaraciones y acordes a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas: | SI / NO               |
| La marca y modelo del (los) equipo (s) son acordes a las contenidas en el contrato y el número de serie corresponde a cada equipo, conforme a lo entregado por el proveedor.                                                                                                                                      | SI / NO               |
| <b>Observaciones de la entrega recepción, señale conforme a lo siguiente:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepción con lo contenido en el contrato, favor de aclarar (Si/No): _____, en caso afirmativo, señale el motivo: _____                                                                                                                              |                       |
| 2-El equipo presenta golpes y/o alguna avería técnica que impide su capacidad de funcionamiento, favor de aclarar (Si/No): _____, en caso afirmativo, señale el motivo: _____                                                                                                                                     |                       |
| 3-Existe algún impedimento para el uso del equipo que se haya detectado al momento de la revisión, favor de aclarar (Si/No): _____, en caso afirmativo, señale el motivo: _____                                                                                                                                   |                       |
| 4-Existe algún riesgo potencial para los usuarios y pacientes con el uso del equipo que se haya detectado al momento de la revisión, favor de aclarar (Si/No): _____, señale el motivo: _____                                                                                                                     |                       |
| 5-En caso de considerar algún otro aspecto que sea relevante en el funcionamiento del equipo, favor de especificar (Si/No): _____, señale el motivo: _____                                                                                                                                                        |                       |
| Nota: En caso de contar con alguno de los puntos anteriores en caso afirmativo, deberá elaborar el acta administrativa correspondiente para el rechazo y la no aceptación del equipo.                                                                                                                             |                       |
| EL EQUIPO CUENTA CON CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS SUPERIORES A LO OFERTADO, FAVOR DE ACLARAR EN EL RECUADRO DE ABAJO:                                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>CONDICIONES EN LA ENTREGA RECEPCION DEL EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| Se recibió empaçado de origen (Si/No): _____, en caso negativo favor de aclarar:                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Presenta daños a simple vista (Si/No): _____, en caso negativo favor de aclarar:                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| El equipo entregado corresponde con la documental presentada (Si/No): _____, en caso negativo favor de aclarar:                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Incluye los accesorios para su funcionamiento (Si/No): _____, en caso negativo favor de aclarar:                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Incluye los consumibles para su funcionamiento (Si/No): _____, en caso negativo favor de aclarar:                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| La instalación del equipo será realizada por un técnico especializado (Si/No): _____, en caso negativo favor de aclarar:                                                                                                                                                                                          |                       |

La revisión jurídica del presente es jurada realizada por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco, en el momento 7.31, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administradora responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJDC202006000203

COLUSJ/DC/2026/00000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

6

| El equipo se encuentra en condiciones de ser puesto en funcionamiento en el área de servicio médico, una vez que se realice la capacitación del personal usuario (Si/No): _____, señale los motivos: |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CARGO                                                                                                                                                                                                | FIRMA |
| Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica o Administrador de la Unidad Médica                                                                                                       |       |
| Jefe de conservación de la unidad                                                                                                                                                                    |       |
| Supervisor por parte del proveedor                                                                                                                                                                   |       |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

7

FORMATO T7.1 "Relación de Sets de Instrumental aceptados"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PROVEEDOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA:                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD MÉDICA:                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE CONTRATO:                          |
| FECHA DE MANUFACTURA DEL INSTRUMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| FECHA DE TÉRMINO DE LA VIGENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| NOMBRE GENÉRICO DEL INSTRUMENTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lista por Set:<br>1. xxx<br>2. xxx<br>3. xxx |
| CLAVE DE CUADRO BÁSICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| MARCA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| La marca y dimensiones son acordes a las contenidas en el contrato                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| Las características de los Sets de Instrumental corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de aclaraciones y acorde a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas: |                                              |
| Se levantó Acta Informativa, señale el motivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepción o éstos no correspondan a los contenidos en el contrato.                                                                                                                                                                                               |                                              |
| 2-No se encuentran en plena capacidad de funcionamiento o se encuentra incompleta la charola del Set: Nombre: XXXX                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| 3-Se identificó riesgo potencial para los usuarios y los pacientes.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 5-Otro, especifique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACIÓN (S):                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Se recibió empacado de origen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACIÓN (S):                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Se presentaron ordenadas las piezas del Set de Instrumental                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI NO                                        |
| Se presenta charola rotulada y enumera su contenido:                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI NO                                        |
| Se presenta la Charola del Set lavada y lista para ser esterilizada en CEYE                                                                                                                                                                                                                                                   | SI NO                                        |

Jefe de Servicio o Coordinador Clínico  
de la Unidad Médica o Administrador de  
la Unidad Médica

Jefe de conservación de la unidad

Supervisor por parte del proveedor

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203









**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

9

### FORMATO T9 "Registro de Asistencia de transferencia del conocimiento"

|                |  |        |
|----------------|--|--------|
| PROVEEDOR:     |  |        |
| UNIDAD MEDICA: |  | FECHA: |

EQUIPO/INSTRUMENTAL/BIEN DE CONSUMO: \_\_\_\_\_

[illegible]

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o  
Coordinador Clínico de la Unidad Médica

Nombre y Firma del Responsable  
del Programa de Capacitación\*

Nombre y Firma del Director de la  
Unidad Médica

NOTA: Este formato deberá ser llenado o elaborado por el técnico para su control interno de los bienes de consumo y en relación a la programación de SMI para PMI

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron sometidos por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco, en el momento 7.3.1, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administradora responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJ/DCC/2020/000203

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, en el resultado de la investigación de mercado correspondiente, la se realiza sobre la procedencia y/o la oportunidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan procedimientos las otras requeridos, término y/o contratación.

COL/SJ/DC/2026/00 **000203**

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

10

### FORMATO T13 "Control semanal de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos"

|                  |      |      |  |
|------------------|------|------|--|
| UNIDAD MÉDICA    |      |      |  |
| PROVEEDOR:       |      |      |  |
| NO. DE CONTRATO: |      |      |  |
| SEMANA:          | MES: | AÑO: |  |

[illegible]

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador  
Clínico de la Unidad Médica quién recibe

Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procesamiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos los otros requirientes, ítemos y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

11

**FORMATO T14 "Reporte Individual De Procedimientos Y Bienes De Consumo Complementarios"**

|                |  |                  |                |
|----------------|--|------------------|----------------|
| OOAD/UMAE:     |  | NO. DE CONTRATO: |                |
| UNIDAD MÉDICA: |  | FECHA:           | DIA: MES: AÑO: |
| PROVEEDOR:     |  | NO. DE FOLIO:    |                |

**Datos del Paciente:**

|                                    |  |       |   |   |
|------------------------------------|--|-------|---|---|
| Nombre completo:                   |  | Sexo: | F | M |
| NSS (a diez dígitos o posiciones): |  |       |   |   |
| Agregado Médico:                   |  | Edad: |   |   |
| Diagnóstico:                       |  |       |   |   |

**Datos del Procedimiento(s):**

| No. | Clave del procedimiento | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|-----|-------------------------|-------------|----------|-----------------|---------|
|     |                         |             |          |                 |         |
|     |                         |             |          |                 |         |
|     |                         |             |          |                 |         |

**Bien(es) de Consumo Básico(s) no Utilizado(s) (Solo en caso de ocurrir esta eventualidad)**

| No. | Clave del procedimiento | Descripción del Bien de Consumo Básico | Cantidad |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|----------|
|     |                         |                                        |          |
|     |                         |                                        |          |

**Inclusión de Bien de Consumo Complementario:**

| No. | Clave del bien de consumo complementario | Descripción y Lote | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|-----|------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|---------|
|     |                                          |                    |          |                 |         |
|     |                                          |                    |          |                 |         |
|     |                                          |                    |          |                 |         |

**TOTAL**

| DATOS DEL MÉDICO TRATANTE |  | DATOS COMPLEMENTARIOS      |
|---------------------------|--|----------------------------|
| NOMBRE:                   |  |                            |
| MATRICULA:                |  |                            |
| FIRMA:                    |  |                            |
|                           |  | ELABORO : (Nombre y firma) |

**ETIQUETAS**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

12

**FORMATO T15 "Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados"**

|                |     |                     |
|----------------|-----|---------------------|
| UNIDAD MÉDICA: |     | NÚMERO DE CONTRATO: |
| PERÍODO:       | del | al                  |
| PROVEEDOR      |     |                     |

## Total de procedimientos realizados por mes

| Clave CPIM | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|------------|-------------|----------|-----------------|---------|
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             | SUBTOTAL |                 |         |
|            |             | IVA      |                 |         |
|            |             | TOTAL    |                 |         |

Total de Bienes de Consumo Complementarios utilizados por mes

| Clave CPIM | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|------------|-------------|----------|-----------------|---------|
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             |          |                 |         |
|            |             | SUBTOTAL |                 |         |
|            |             | IVA      |                 |         |
|            |             | TOTAL    |                 |         |

Director de la Unidad Médica  
Nombre y Firma

Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica  
Nombre y Firma

Administrador de la Unidad Médica  
Nombre y Firma

Técnico asistente del proveedor  
Nombre y Firma

Los órganos judiciales del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de servicios judiciales de la OAD regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Jefatura de servicios judiciales, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLSI/DCC/2020/000203

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la inscripción de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos las áreas requeridas, técnico y/o contable.

000203 COL/SJ/DC/2 026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

13

### FORMATO T15.1 “Notificación de Pena Convencional Aplicable”

Mediante el presente documento se notifica al **Administrador del Contrato** de la pena convencional aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el Servicio Integral de Procedimientos de Mínima Invasión ha identificado el incumplimiento siguiente:

[illegible]

Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la pena convencional aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

Administrador de Contrato,  
NOMBRE Y FIRMA

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron estudiados por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la OADD regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1, puntos 1 y 8 del Manual de Organización y de Gestión de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se expone se registra bajo el folio:

COLSI/DC2020/000203

COLUSJ/DC/2026/00000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

14

### FORMATO T15.2 “Notificación de Deductivas”

|                |  |                                              |  |
|----------------|--|----------------------------------------------|--|
| OAD/UMAE:      |  | NO. DE CONTRATO:                             |  |
| UNIDAD MÉDICA: |  | INFORMACION<br>CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE: |  |

Mediante el presente documento se notifica al administrador del contrato de la deducción aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el Servicio Integral de Procedimientos de Mínima Invasión ha identificado el incumplimiento siguiente:

[illegible]

Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la deducción aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

Administrador de Contrato

NOMBRE Y FIRMA

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por el personal titular de la Oficina de servicios jurídicos de la OOAD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Oficina de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por el personal titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLSI/DCD/2026/000203

La revisión jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos los otros requisitos, técnico y/o contable.

000203 COL/SJ/DC/2 026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

15

**FORMATO T16 "Reporte de Incidencias"**

| REPORTE DE INCIDENCIAS                                                                   |                              |              |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| Proveedor:                                                                               |                              |              |                   |        |
| Domicilio:                                                                               |                              |              |                   | C.P.   |
| Teléfono:                                                                                |                              |              |                   |        |
| Unidad Médica:                                                                           | Número de contrato:          |              | Folio de reporte: |        |
| Fecha del reporte:                                                                       | Hora del reporte:            |              |                   |        |
| Nombre (s) de la persona que reporta:                                                    |                              |              |                   |        |
| Falla reportada de:                                                                      |                              |              |                   |        |
| Equipo médico:                                                                           | Nombre                       | Serie        | Marca             | Modelo |
| Descripción de la falla:                                                                 |                              |              |                   |        |
| Instrumental:                                                                            | Nombre                       | Marca        |                   |        |
| Descripción de la falla:                                                                 |                              |              |                   |        |
| Bien de Consumo Básico o Complementario:                                                 | Nombre                       | Marca y lote |                   |        |
| Descripción de la falla:                                                                 |                              |              |                   |        |
| Cierre de reporte                                                                        |                              |              |                   |        |
| Fecha del cierre del reporte:                                                            | Hora del cierre del reporte: |              |                   |        |
| Por parte del Instituto firman de conformidad para el cierre de la incidencia            |                              |              |                   |        |
| Nombre(s) el Director, Administrador, Jefe de Servicio, Coordinador Clínico de la Unidad |                              |              |                   |        |
| Matrícula:                                                                               |                              |              |                   |        |
| Cargo:                                                                                   |                              |              |                   |        |
| Firma:                                                                                   |                              |              |                   |        |
| REPORTES ANTERIORES                                                                      | FOLIO                        | FECHA        | MOTIVOS (resumen) |        |
| PRIMER REPORTE:                                                                          |                              |              |                   |        |
| SEGUNDO REPORTE:                                                                         |                              |              |                   |        |
| TERCER REPORTE:                                                                          |                              |              |                   |        |
| COMENTARIOS/OBSERVACIONES:                                                               |                              |              |                   |        |

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL QUE REPORTA  
INCIDENCIA (Auxiliar del Contrato)

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO ASIGNADO PROVEEDOR

\*Papel membretado del proveedor

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/JS/DA/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnica y/o contratante.



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

16

**FORMATO T17 “Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico”**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| LICITANTE<br>ADJUDICADO: |  |
| UNIDAD MÉDICA:           |  |

| No. | NOMBRE DEL EQUIPO MÉDICO A OFERTAR | MARCAS: | MODELO: | MANUAL EN ESPAÑOL DEL<br>FABRICANTE: |
|-----|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| 1   |                                    |         |         |                                      |
| 2   |                                    |         |         |                                      |
| 3   |                                    |         |         |                                      |
| 4   |                                    |         |         |                                      |
| 5   |                                    |         |         |                                      |
| 6   |                                    |         |         |                                      |
| 7   |                                    |         |         |                                      |
| 8   |                                    |         |         |                                      |

“LOCALIDAD” (Estado) A \_\_\_\_ DEL MES DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador  
Clínico de la Unidad Médica quién recibe

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega

\*Dirección y teléfonos de la proveeduría (membretado)

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

17

### FORMATO T18 "Control semanal de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios"

[illegible]

"LOCALIDAD" (Estado) A \_\_\_\_\_ DEL MES DE \_\_\_\_\_ DEL 20\_\_\_\_

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador  
Clínico de la Unidad Médica quién recibe

Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron resueltos por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco en el momento 7.3.1, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administradora responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJ/DCC/2020/000203

COL/SJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICO  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

18

**FORMATO T19 "Designación de Supervisor de Operaciones"**  
**(Carta En Original, Papel Membretado Y Firma Autógrafa Del Licitante)**

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Presente.

En mi carácter de representante legal de \_\_\_\_\_, y con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la presentación de la propuesta técnica de la Licitación Pública \_\_\_\_\_ adjunto en formato los datos de las personas designadas como Supervisor en Instalación y Mantenimiento en cada uno de las Unidades Médicas del Instituto en que se prestará el servicio, a fin de verificar el adecuado funcionamiento de los equipos suministrados.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nombre                        |  |
| Título académico              |  |
| Teléfono de oficina           |  |
| Teléfono celular              |  |
| Correo electrónico            |  |
| Unidad Médica que supervisará |  |
| Identificación oficial        |  |
| Firma autógrafa de aceptación |  |

**\*Repetir el recuadro tantos supervisores considere necesarios.**

**ATENTAMENTE.**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**DE LA EMPRESA.**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:  
La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.  
CO/SJ/DC2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

19

**FORMATO T20 "Designación de Técnicos en sitio"**  
(Carta En Original, Papel Membretado Y Firma Autógrafa Del Licitante)

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Presente.

En mi carácter de representante legal de \_\_\_\_\_, y con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la presentación de la propuesta técnica de la Licitación Pública \_\_\_\_\_ adjunto en formato los datos de las personas designadas como "Técnicos en sitio" por turno en cada uno de las Unidades Médicas del Instituto en que se prestará el servicio, y del supervisor de operación administrativa que estará a cargo de ellos, proporcionando

| Nombre DEL(OS) TÉCNICO(S) EN SITIO       |  |
|------------------------------------------|--|
| Título académico                         |  |
| Teléfono de oficina                      |  |
| Teléfono celular                         |  |
| Correo electrónico                       |  |
| Unidad Médica a la que estará adscrito   |  |
| turno                                    |  |
| Identificación oficial                   |  |
| Firma autógrafa de aceptación de la sede |  |

**\*Repetir el recuadro tantos supervisores considere necesarios.**

**ATENTAMENTE.**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA EMPRESA

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:  
La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dnos. requisitos, técnica y/o contratante.  
CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO  
IMSS



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

20

**FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL"**

Los licitantes deberán integrar los Registros Sanitarios y Certificados de Calidad, debidamente foliado e  
identificado con un índice que ordene los documentos

LICITANTE: \_\_\_\_\_ LICITACIÓN PÚBLICA No.: \_\_\_\_\_

| No. | Clave | Descripción del Bien Ofertado | No. de Registro o<br>Certificado | Vigencia | Folio (Del - Al) |
|-----|-------|-------------------------------|----------------------------------|----------|------------------|
| 1   |       |                               |                                  |          |                  |
| 2   |       |                               |                                  |          |                  |
| 3   |       |                               |                                  |          |                  |
| 4   |       |                               |                                  |          |                  |
| 5   |       |                               |                                  |          |                  |
| 6   |       |                               |                                  |          |                  |
| 7   |       |                               |                                  |          |                  |
| 8   |       |                               |                                  |          |                  |
| 9   |       |                               |                                  |          |                  |
| 10  |       |                               |                                  |          |                  |
| 11  |       |                               |                                  |          |                  |
| 12  |       |                               |                                  |          |                  |

\*Repetir o agregar los renglones que sean necesarios según el número de partidas o ítems ofertados.

*Nota: El archivo PDF compilado deberá presentarse foliado de manera consecutiva y en el mismo orden en que se relaciona en este índice,  
a fin de permitir su identificación y cotejo durante la evaluación técnica.*

**ATENTAMENTE.**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/JS/DO/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

21

FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE

LICITANTE:

CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

| Partida: |        |                             |           |                          |                                                                |                                  |                                               |
|----------|--------|-----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| No.      | Nombre | Técnico en sitio/Supervisor | Profesión | Conocimientos académicos | Experiencia laboral                                            | Años de experiencia del personal | Dominio de Herramientas (documento que avale) |
| 1        |        |                             |           |                          |                                                                |                                  |                                               |
| 2        |        |                             |           |                          |                                                                |                                  |                                               |
|          |        |                             |           |                          | Total de años Experiencia Laboral relacionada con el servicio: | 0                                |                                               |
| Partida: |        |                             |           |                          |                                                                |                                  |                                               |
| No.      | Nombre | Técnico en sitio/Supervisor | Profesión | Conocimientos académicos | Experiencia laboral                                            | Años de experiencia del personal | Dominio de Herramientas (documento que avale) |
| 1        |        |                             |           |                          |                                                                |                                  |                                               |
| 2        |        |                             |           |                          |                                                                |                                  |                                               |
|          |        |                             |           |                          | Total de años Experiencia Laboral relacionada con el servicio: | 0                                |                                               |
| Partida: |        |                             |           |                          |                                                                |                                  |                                               |
| No.      | Nombre | Técnico en sitio/Supervisor | Profesión | Conocimientos académicos | Experiencia laboral                                            | Años de experiencia del personal | Dominio de Herramientas (documento que avale) |
| 1        |        |                             |           |                          |                                                                |                                  |                                               |
| 2        |        |                             |           |                          |                                                                |                                  |                                               |
|          |        |                             |           |                          | Total de años Experiencia Laboral relacionada con el servicio: | 0                                |                                               |

| EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE |                 |                                |                    |                          |                                  |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Instituciones o personas morales         | No. De Contrato | Vigencia (periodo comprendido) | Experiencia (años) | Especialidad (contratos) | Cumplimiento (cartas, actas,...) |
|                                          |                 |                                |                    |                          |                                  |
|                                          |                 |                                |                    |                          |                                  |
|                                          |                 |                                |                    |                          |                                  |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

22

**FORMATO: T23 "Carta compromiso del Licitante participante en la Instalación de Equipo"**

"LOCALIDAD", a \_\_ de \_\_\_\_\_ 202\_\_.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante

Licitación \_\_\_\_\_

Presente.

(\_\_\_\_\_**NOMBRE**\_\_\_\_\_) en mi carácter de representante legal de la empresa (\_\_\_\_\_**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA**\_\_\_\_\_), manifiesto que:

Respecto de la oferta de la(s) partida(s) \_\_\_\_\_, mi representada se compromete a cumplir cabalmente para la instalación del (de los) equipo(s) y para la prestación la correcta y oportuna prestación del servicio en el que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la correcta instalación, el apropiado y óptimo funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), entre ello instalaciones hidrosanitarias y/o de suministro de fluidos y/o energéticos y/o de los espacios físicos necesarios, determinados por el personal de la unidad médica receptora del (de los) bien(es) adjudicado(s) en la partida(s) mencionada(s) y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación del bien y su óptimo funcionamiento.

Adicionalmente mi representada se compromete a coordinarse con el personal de la unidad médica a fin de trabajar sobre la logística, necesaria respecto a la instalación y puesta a punto de los equipos y el inicio de la prestación del servicio en los plazos establecidos en la Convocatoria.

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma del Representante Legal.)

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:  
La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.  
CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO  
IMSS



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

23

**FORMATO T25 "Manual de Desinfección de Alto Nivel" (DAN)**

|                                                                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.- Objetivo:                                                                                 |                                                                       |
| 2. Fecha de entrega de Manual de Desinfección de Alto Nivel                                   |                                                                       |
| 3.- Alcance                                                                                   |                                                                       |
| 4.- Asignación de Responsabilidades:                                                          | Técnico (Asignado por el Licitante Adjudicado)                        |
| 5.- Desarrollo del Proceso                                                                    |                                                                       |
| 5.1 Procedimiento de lavado y desinfección de Alto Nivel de Endoscopio(s)                     |                                                                       |
| 5.2 Limpieza y Desinfección de Alto nivel Manual o con Lavadora (según la técnica utilizada). |                                                                       |
| 5.3 Almacenamiento                                                                            |                                                                       |
| 5.4 Monitoreo de la efectividad del enzimático (recomendado por fabricante)                   |                                                                       |
| 6.- Registro de la información                                                                |                                                                       |
| 7.- Indicadores                                                                               | De acuerdo al comité de Infecciones Nosocomiales de la Unidad Médica. |
| 8.- Firma del Responsable:                                                                    | Técnico (Asignado por el Licitante Adjudicado)                        |

**En cada numeral anotar:**

- 1.- Finalidad de su manual DAN
- 2.- Fecha en que el Jefe o Responsable del Servicio de Endoscopia recibe el Manual DAN
- 3.- Equipo que será sometido a DAN
- 4.- El responsable será Técnico (Asignado por el Licitante Adjudicado)
- 5.- Descripción detallada del proceso, personal, sustancia utilizada recomendada por el fabricante, fechas de activación y vencimiento, técnica de limpieza utilizada, tiempo de exposición recomendado por el fabricante, técnica aséptica utilizada, enjuague, protección del personal que realiza el DAN, manejo de los contenedores, en caso de lavadora plasmar las indicaciones del fabricante, etc.
- 5.1.- Descripción del procedimiento, utilización de paños, jeringas u otros recomendados por el fabricante.
- 5.2.- Descripción de la limpieza y desinfección en contenedor o lavadora según la técnica utilizada
- 5.3.- Descripción del almacenamiento en caso de que el endoscopio no sea utilizado inmediatamente
- 5.4 Descripción de la evaluación a través de indicadores o tiras reactivas según recomendación del fabricante
- 6.- Registro de la información del desarrollo del DAN (esta debe ser conservada para la supervisión por el Jefe Endoscopia).
- 7.- Los indicadores serán establecido por el Comité de Infecciones Nosocomiales de la Unidad Médica.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dnos. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

24

FORMATO T26 “Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI”

[illegible][illegible]

COL/SJ/DC/2026/00000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

25

**FORMATO T27 "Información de los Contenidos y Requerimientos de la Unidad Médica Asignada a Proporcionar en el SMI para PMI"**

|                       |      |  |      |            |       |  |                   |
|-----------------------|------|--|------|------------|-------|--|-------------------|
| Proveedor adjudicado: |      |  |      | UMAE/OOAD: |       |  |                   |
| Unidad Médica:        | HGR: |  | HGZ: |            | UMAA: |  | Otra especifique: |

**PAQUETE 1 Accesos Diagnostico Terapéuticos de Mínima Invasión**

| CLAVE | Nombre del Procedimiento | No.Procedimientos asignados (anual) |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|
|       |                          |                                     |
|       |                          |                                     |
|       |                          |                                     |

**PAQUETE 2 Endoscopias de Aparato Respiratorio y Digestivo**

| CLAVE | Nombre del Procedimiento | No.Procedimientos asignados (anual) |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|
|       |                          |                                     |
|       |                          |                                     |
|       |                          |                                     |
|       |                          |                                     |

**PAQUETE 3 Artroscopia**

| CLAVE | Nombre del Procedimiento | No.Procedimientos asignados (anual) |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|
|       |                          |                                     |
|       |                          |                                     |
|       |                          |                                     |

**PAQUETE 4 Capsula Endoscópica**

| CLAVE | Nombre del Procedimiento | No.Procedimientos asignados (anual) |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|
|       |                          |                                     |
|       |                          |                                     |

**PAQUETE 5 Procedimientos Funcionales Digestivos**

| CLAVE | Nombre del Procedimiento | No.Procedimientos asignados (anual) |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|
|       |                          |                                     |
|       |                          |                                     |

**II BIENES DE CONSUMO BASICOS (incluidos):**

**PAQUETE 1 Accesos Diagnostico Terapéuticos de Mínima Invasión**

| CLAVE | Nombre del Procedimiento:   |          |
|-------|-----------------------------|----------|
|       | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1     |                             |          |
| 2     |                             |          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OOAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DCE/026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

26

|                                                           |                             |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 3                                                         |                             |          |
| CLAVE                                                     | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                           | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                         |                             |          |
| 2                                                         |                             |          |
| 3                                                         |                             |          |
| PAQUETE 2 Endoscopias de Aparato Respiratorio y Digestivo |                             |          |
| CLAVE                                                     | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                           | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                         |                             |          |
| 2                                                         |                             |          |
| 3                                                         |                             |          |
| CLAVE                                                     | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                           | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                         |                             |          |
| 2                                                         |                             |          |
| 3                                                         |                             |          |
| PAQUETE 3 Artroscopia                                     |                             |          |
| CLAVE                                                     | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                           | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                         |                             |          |
| 2                                                         |                             |          |
| 3                                                         |                             |          |
| CLAVE                                                     | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                           | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                         |                             |          |
| 2                                                         |                             |          |
| 3                                                         |                             |          |
| CLAVE                                                     | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                           | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                         |                             |          |
| 2                                                         |                             |          |
| 3                                                         |                             |          |
| PAQUETE 4 Cápsula Endoscópica                             |                             |          |
| CLAVE                                                     | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                           | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                         |                             |          |
| 2                                                         |                             |          |
| 3                                                         |                             |          |
| CLAVE                                                     | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                           | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                         |                             |          |
| 2                                                         |                             |          |
| 3                                                         |                             |          |
| PAQUETE 5 Procedimientos Funcionales Digestivos           |                             |          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

Los señalamientos jurídicos se efectuaron sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

27

|                                                      |                             |          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| CLAVE                                                | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                      | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                    |                             |          |
| 2                                                    |                             |          |
| 3                                                    |                             |          |
| CLAVE                                                | Nombre del Procedimiento:   |          |
|                                                      | Bienes de consumo incluidos | Cantidad |
| 1                                                    |                             |          |
| 2                                                    |                             |          |
| 3                                                    |                             |          |
| NOMBRE DEL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO            |                             |          |
| CLAVE                                                |                             |          |
| 00.00.90                                             |                             |          |
| 0                                                    |                             |          |
| 00.00.90                                             |                             |          |
| 0                                                    |                             |          |
| 00.00.90                                             |                             |          |
| 0                                                    |                             |          |
| 00.00.90                                             |                             |          |
| 0                                                    |                             |          |
| 00.00.90                                             |                             |          |
| 0                                                    |                             |          |
| 00.00.90                                             |                             |          |
| 0                                                    |                             |          |
| III EQUIPO MÉDICO ASIGNADO                           |                             |          |
| NOMBRE DEL EQUIPO MEDICO                             |                             |          |
| CLAVE                                                |                             |          |
|                                                      |                             |          |
|                                                      |                             |          |
|                                                      |                             |          |
| III SETS DE INSTRUMENTAL ASIGNADO                    |                             |          |
| NOMBRE DEL INSTRUMENTAL                              |                             |          |
| CLAVE                                                | NO. DE SETS                 |          |
|                                                      |                             |          |
|                                                      |                             |          |
|                                                      |                             |          |
|                                                      |                             |          |
|                                                      |                             |          |
| "LOCALIDAD" (Estado) A ____ DEL MES DE ____ DEL 20__ |                             |          |

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador  
Clínico de la Unidad Médica quién recibe

Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

28

### FORMATO T28 "Cronograma de Actividades del Servicio Itinerante"

[illegible]

Representante Proveedor  
Nombre y firma

Administrador del Contrato  
Nombre y firma

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por el personal titular de la Oficina de servicios jurídicos de la OOAD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Oficina de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por el personal titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLSI/DCD/2026/000203

La revisión jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos los otros requisitos, técnico y/o contable.

000203 COL/SJ/DC/2 026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

29

**FORMATO T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 4 años cero meses Años de Fabricación (a partir 2019)."**

Instituto Mexicano del Seguro Social

Licitación Pública No. \_\_\_\_\_

Presente.

\_\_\_\_\_(nombre)\_\_\_\_\_ en mi carácter de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa, \_\_\_\_\_ (nombre o razón social del Licitante) \_\_\_\_\_, manifiesto que los equipo(s) médico(s) propiedad de la empresa que represento, cuentan con 4(cuatro) años cero meses de fabricación (a partir de 2019) y se encuentran en condiciones funcionales para cumplir la vigencia del contrato.

Asimismo, en caso de que los equipos médicos que presento anteriormente hallan estado en operación, presentare la bitácora de servicio de mantenimiento del equipo, en el cual aseguro que no ha tenido más de tres fallas consecutivas.

De conformidad a lo establecido en los parámetros, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 15 de agosto de 2012, que menciona que el equipo debe encontrarse en óptimas condiciones para la prestación del servicio.

Manifiesto conocer que el (los) equipo (s) médico (s) deberán de cubrir la vigencia del contrato del SMI de PMI 202\_.

| EQUIPO MÉDICO | FECHA DE FABRICACIÓN |
|---------------|----------------------|
|               |                      |
|               |                      |
|               |                      |
|               |                      |
|               |                      |

Lugar y Fecha.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal de la empresa.

(Deberá presentarse en PDF, en papel membretado, con fecha de emisión y firma autógrafa)

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

30

**FORMATO T 31 "Carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de  
realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada  
unidad médica que corresponda"**

"LOCALIDAD", a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

Instituto Mexicano del Seguro Social  
Convocante  
Licitación \_\_\_\_\_  
P r e s e n t e.

( \_\_\_\_\_ **NOMBRE** ) en mi carácter de representante legal de la empresa ( \_\_\_\_\_ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA  
EMPRESA** ), manifiesto que:

Respecto de la oferta de la(s) partida(s) \_\_\_\_\_, mi representada se compromete a cumplir cabalmente para la instalación del (de los) equipo(s) y para la prestación la correcta y oportuna prestación del servicio en el que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la correcta instalación, el apropiado y óptimo funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), entre ellos instalaciones hidrosanitarias y/o de suministro de fluidos y/o energéticos y/o de los espacios físicos necesarios, determinados por el personal de la unidad médica receptora del (de los) bien(es) adjudicado(s) en la partida(s) mencionada(s) y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación del bien y su óptimo funcionamiento.

Adicionalmente mi representada se compromete a coordinarse con el personal de la unidad médica a fin de trabajar sobre la logística, necesaria respecto a la instalación y puesta a punto de los equipos y el inicio de la prestación del servicio en los plazos establecidos en la Convocatoria.

(Nombre y firma del Representante Legal.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:  
La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratante.  
CO/SJ/DCA/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

31

**FORMATO T32 "RELACIÓN DEL 80% DE REGISTROS SANITARIOS DEL EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO"**

El licitante deberá relacionar en el presente formato la totalidad de los Equipos Médicos, Instrumental y Bienes de Consumo Básico y Complementario ofertados por partida, acreditando que cuenta con el Registro Sanitario vigente expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), o el documento que en su caso proceda conforme a la normatividad aplicable, respecto de al menos el 80% (ochenta por ciento) de los bienes ofertados en cada partida.

LICITANTE: \_\_\_\_\_ LICITACIÓN PÚBLICA No.: \_\_\_\_\_

[illegible]

\*Repetir el recuadro tantas partidas como sean necesarias, indicando en cada una el total de bienes ofertados y el porcentaje que representan los bienes con Registro Sanitario vigente

*Nota: Los Registros Sanitarios relacionados deberán anexarse en copia legible, foliados e identificados conforme al índice correspondiente, para su cotejo durante la evaluación técnica.*

**ATENTAMENTE,**

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron estudiados por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la OADD regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1, puntos 1 y 8 del Manual de Organización y de Gestión de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se expone se registra bajo el folio:

COLSI/DC2020/000203

COLUSJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

32

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA**

**FORMATO T33 "RELACIÓN DEL 80% DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO"**

El licitante deberá relacionar en el presente formato la totalidad de los Equipos Médicos, Instrumental y Bienes de Consumo Básico y Complementario ofertados por partida, acreditando que cuenta con el Registro Sanitario vigente expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), o el documento que en su caso proceda conforme a la normatividad aplicable, respecto de al menos el 80% (ochenta por ciento) de los bienes ofertados en cada partida.

LICITANTE: \_\_\_\_\_ LICITACIÓN PÚBLICA No.: \_\_\_\_\_

[illegible]

\*Repetir el recuadro tantas partidas como sean necesarias, indicando en cada una el total de bienes ofertados y el porcentaje que representan los bienes con Registro Sanitario vigente

*Nota: Los Registros Sanitarios relacionados deberán anexarse en copia legible, foliados e identificados conforme al índice correspondiente, para su cotejo durante la evaluación técnica.*

**ATENTAMENTE,**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA**

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron resueltos por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco en el momento 7.3.1, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administradora responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJ/DCC/2020/000203

COLUSJ/DC/2026/00000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Instituto Mexicano del Seguro Social                                                            |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                |                         |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------------|--------------|------------------|------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima                               |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                |                         |        |        |
| Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas                                                   |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                |                         |        |        |
| Coordinación de Prevención y Atención a la Salud                                                |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                |                         |        |        |
| ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026 |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                |                         |        |        |
|                                                                                                 |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                | Cantidad                |        |        |
|                                                                                                 |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                | 2026 (6 meses)          |        |        |
| No.                                                                                             | Partida | Zona | Paquete | Clave OOADUMA | Clave OOADUM | Clave Presupuest | Tipo | Número           | Localidad | Clave Procedimient                                             | Procedimiento           | Mínimo | Máximo |
| 1                                                                                               | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.021 | Histerectomía.                                                 |                         | 4      | 10     |
| 2                                                                                               | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.025 | Laparoscopia de ovario.                                        |                         | 2      | 5      |
| 3                                                                                               | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto.                           |                         | 4      | 10     |
| 4                                                                                               | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.006 | Cirugía de quiste hepático adulto.                             |                         | 2      | 5      |
| 5                                                                                               | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto.                          |                         | 20     | 50     |
| 6                                                                                               | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.011 | Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.          |                         | 6      | 15     |
| 7                                                                                               | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.024 | Laparoscopia con toma de biopsia adulto.                       |                         | 6      | 15     |
| 8                                                                                               | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.044 | Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.                |                         | 2      | 5      |
| 9                                                                                               | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.04.001 | Cistoscopia adulto.                                            |                         | 20     | 50     |
| 10                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUPIRTU/RTU         |                         | 12     | 30     |
| 11                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto.                                    |                         | 8      | 20     |
| 12                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.04.016 | Litotricia percutánea.                                         |                         | 4      | 10     |
| 13                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 060303012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto.                             |                         | 4      | 10     |
| 14                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.04.019 | Litotricia vesical adulto.                                     |                         | 4      | 10     |
| 15                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.04.020 | Litotricia ureteral flexible adulto (láser).                   |                         | 8      | 20     |
| 16                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J.                    |                         | 8      | 20     |
| 17                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.035 | Nefrectomía adulto.                                            |                         | 2      | 3      |
| 18                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 10   | Manzanillo       | 10.06.039 | Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto.                 |                         | 2      | 3      |
| 19                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto.                           |                         | 8      | 20     |
| 20                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.004 | Cirugía de hialo esofágico adulto.                             |                         | 4      | 10     |
| 21                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.005 | Cirugía de quiste hepático adulto.                             |                         | 2      | 5      |
| 22                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto.                          |                         | 40     | 100    |
| 23                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.011 | Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.          |                         | 4      | 10     |
| 24                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.024 | Laparoscopia con toma de biopsia adulto.                       |                         | 4      | 10     |
| 25                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.026 | Laparoscopia diagnóstica adulto.                               |                         | 8      | 20     |
| 26                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.044 | Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.                |                         | 8      | 20     |
| 27                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.058 | Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto.           |                         | 4      | 10     |
| 28                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.059 | Plastia de hernia diafragmática adulto.                        |                         | 4      | 10     |
| 29                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.059 | Plastia de hernia ventral.                                     |                         | 4      | 10     |
| 30                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.04.001 | Cistoscopia adulto.                                            |                         | 10     | 25     |
| 31                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUPIRTU/RTU         |                         | 30     | 75     |
| 32                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto.                                    |                         | 10     | 25     |
| 33                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.04.016 | Litotricia percutánea.                                         |                         | 4      | 10     |
| 34                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto.                             |                         | 8      | 20     |
| 35                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.04.019 | Litotricia vesical adulto.                                     |                         | 6      | 15     |
| 36                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.04.020 | Litotricia ureteral flexible adulto (láser).                   |                         | 24     | 60     |
| 37                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J.                    |                         | 6      | 15     |
| 38                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.035 | Nefrectomía adulto.                                            |                         | 4      | 10     |
| 39                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.047 | Prostatectomía laparoscópica.                                  |                         | 8      | 18     |
| 40                                                                                              | Bajo    | 1    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.06.050 | Resección de quiste renal laparoscópico adulto.                |                         | 4      | 10     |
| 41                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.22.006 | Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.          |                         | 6      | 15     |
| 42                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.001 | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no      |                         | 40     | 100    |
| 43                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.002 | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, va      |                         | 40     | 100    |
| 44                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.003 | Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, va      |                         | 40     | 100    |
| 45                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.004 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfín       |                         | 36     | 90     |
| 46                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.007 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de pró   |                         | 30     | 75     |
| 47                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.008 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.             |                         | 12     | 30     |
| 48                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.009 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de pró   |                         | 30     | 75     |
| 49                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.010 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica |                         | 30     | 75     |
| 50                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.015 | Gastrotomía endoscópica adulto.                                |                         | 10     | 25     |
| 51                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.020 | Mucossectomía endoscópica y disección de tubo digestivo.       |                         | 2      | 5      |
| 52                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.022 | Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.           |                         | 40     | 100    |
| 53                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.023 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de pró   |                         | 30     | 75     |
| 54                                                                                              | Bajo    | 2    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.23.024 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extra      |                         | 30     | 75     |
| 55                                                                                              | Bajo    | 5    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.22.004 | Manometría de alta resolución anorectal.                       |                         | 12     | 30     |
| 56                                                                                              | Bajo    | 5    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.22.005 | Manometría de alta resolución esofágica.                       |                         | 12     | 30     |
| 57                                                                                              | Bajo    | 5    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.22.007 | pHmetría de tubo digestivo superior                            |                         | 12     | 30     |
| 58                                                                                              | Bajo    | 5    | 06      | Colima        | 061411012151 | HGZ              | 1    | Villa de Álvarez | 10.22.008 | pHmetría con impedancia                                        |                         | 12     | 30     |
|                                                                                                 |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                | total de procedimientos | 746    | 1859   |
| Rogelio Ramos Naranjo<br>Coord. Auxiliar de Atención Médica Segundo Nivel                       |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                |                         |        |        |
| Dr. Juan Gabriel Barrera Acosta<br>Coordinador de Prevención y Atención a la Salud              |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                |                         |        |        |
| Jessica Gil Lozada<br>Jefa de Servicios de Prestaciones Médicas                                 |         |      |         |               |              |                  |      |                  |           |                                                                |                         |        |        |



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI**

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EQUIPOS A PROPORCIONARSE EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO EN EL ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL .</b> |
| <b>APLICA PARA EL EQUIPO MÉDICO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</b>                                   |
| <b>CONSIDERACIONES PARA EQUIPO MÉDICO</b>                                                                                                |

Para el caso de otorrinolaringología, la Torre de visualización no debe incluir 1.1.8 Insuflador de CO2 ni 1.1.12 Capnógrafo.

Para el caso de Endourología es necesario un brazo articulado adaptado a la torre para el monitor que permita la visualización frontal del urólogo

| Numeral    | Paquete 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Torre de Visualización (adulto/pediátrico) que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/succión automático y capnógrafo con oxímetro. *Equipo Itinerante</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Carro porta equipo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.2</b> | <b>Monitor de video para aplicaciones médicas, compatible con endocámara.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.1      | Con alta definición (HD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.2      | De al menos 1920 X 1080 pixeles o mayor según tecnología del fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.3      | Con opción de entradas de video digitales y análogas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.4      | Con pantalla LCD ó según tecnología del fabricante de mayor o igual a 23".                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.3</b> | <b>Endocámara o cabezal de cámara:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.1      | De 3 chips digitales o equivalente o de 1 chip digital CMOS, FullHD, relacion de aspecto 16:9.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.2      | Resolución mínima para HD de al menos 1920 x 1080 con aspecto 16:9 o cámara endoscópica HD.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.3      | Con control de balance de blancos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.4      | Con control continuo de brillo o ganancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.5      | Zoom óptico con anillo o digital con botón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.4</b> | <b>Procesador de video/Unidad de control de cámara:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.1      | Control automático de brillo o autoiluminación (según tecnología del fabricante.)                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.2      | Balance de blancos.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4.3      | Con al menos dos salidas de video digital.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.5</b> | <b>Guía de luz o cable de fibra óptica en el rango de 3.0 a 6.5 mm de diámetro del haz de luz.</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>1.6</b> | <b>Fuente de luz: Lámpara de xenón de 300 Watts o de tecnología de LED diseñada para laparoscopia.</b>                                                                                                                                                                         |
| 1.6.1      | Regulación automática o manual de la intensidad de la luz.                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.2      | Lámpara de respaldo, de xenón o Halógeno o LED. O Fuente alterna.                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6.3      | Con vida media ( solo para el caso e Xenón)de 500 horas mínimo para Xenón.                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.4      | Con indicador o controlador de horas de uso, según tecnología del fabricante ( solo para el caso e Xenón)                                                                                                                                                                      |
| 1.6.5      | Con entrada compatible con guía de luz ofertada de acuerdo a tecnología del fabricante                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.7</b> | <b>Insuflador de CO2:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7.1      | 30 a 45 lpm de alto flujo.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7.2      | Presión intra-abdominal.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7.3      | Flujo de insuflación y volumen.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7.4      | Con manguera de alta presión con conector PIN o roscable                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7.5      | Con indicador en panel de: volumen, presión y consumo.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7.6      | <b>Características de seguridad: (Errores y mensajes de alerta)</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7.7      | Protección de sobre presión.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7.8      | Sistema de alarmas audibles y visuales para tanque vacío y sobrepresión en la cavidad abdominal.                                                                                                                                                                               |
| 1.7.9      | Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo O Flujo pre-configurado, primera insuflación e insuflacion sostenida.(referencia según marca del fabricante), o con modo de flujo pediatria de 15l/min y alto flujo con una potencia de flujo de hasta 50 l/min como máximo. |
| <b>1.8</b> | <b>Sistema de videograbación o almacenamiento en: USB o CD o DVD o disco duro según tecnología del fabricante</b>                                                                                                                                                              |
| <b>1.9</b> | <b>Equipo de irrigación automático y/o equipo de aspiración automático:</b>                                                                                                                                                                                                    |
| 1.9.1      | Con sistema de rodillos,( o según tecnología del fabricante)                                                                                                                                                                                                                   |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.10</b>   | <b>Capnógrafo con oxímetro:</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 1.10.1        | Equipo portátil, para la medición y registro continuo de CO2 espirado, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso. Para aplicación en pacientes: adulto, pediátrico y/o neonatal.                         |
| 1.10.2        | Con capacidad de monitorizar en baja perfusión y en movimiento.                                                                                                                                                                   |
| 1.10.3        | Pantalla: LCD o TFT a color o sus variaciones o LED o tecnología superior (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                |
| 1.10.4        | Teclado de membrana o sensible al tacto con simbología internacional o en español.                                                                                                                                                |
| <b>1.10.5</b> | <b>Despliegue digital de:</b>                                                                                                                                                                                                     |
| 1.10.5.1      | Concentración de CO2 en el rango de 0 a 70 mmHg como mínimo.                                                                                                                                                                      |
| 1.10.5.2      | Frecuencia respiratoria.                                                                                                                                                                                                          |
| 1.10.5.3      | SpO2 en el rango de 0 a 99 o mayor.                                                                                                                                                                                               |
| 1.10.5.4      | Frecuencia de pulso en el rango de 30 o menor a 200 o mayor.                                                                                                                                                                      |
| 1.10.5.5      | Alarmas y/o mensajes de error.                                                                                                                                                                                                    |
| 1.10.5.6      | Tendencias de CO2 y de SpO2.                                                                                                                                                                                                      |
| 1.10.5.7      | Gráfica de capnografía y pletismografía.                                                                                                                                                                                          |
| 1.10.5.8      | Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto, o capnografía con velocidad de flujo 50 ( $42,5 \leq \text{flujo} \leq 65$ ) ml/min, flujo medido por volumen. |
| 1.10.5.9      | Tiempo de registro de la medición de CO2 de 30 seg. o menor.                                                                                                                                                                      |
| 1.10.5.10     | Precisión de la señal SpO2 de 70 a 100 $\pm$ 2%.                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.10.6</b> | <b>Alarmas:</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.10.6.1      | Visibles y audibles: Alta/Baja de CO2 ( o ETCO), SpO2, frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso o frecuencia cardiaca, apnea, batería Baja, para cada sensor SpO2 y/o CO2 desconectado o en mal estado y/o mensajes de error. |
| 1.10.6.2      | Silenciadas temporalmente.                                                                                                                                                                                                        |
| 1.10.6.3      | Autoprogramadas y/o seleccionables por el usuario.                                                                                                                                                                                |
| 1.10.6.4      | Oclusión de la línea de CO2.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.10.7</b> | <b>Sensor SpO2 para paciente adulto/pediátrico y/o neonatal (opción u opciones a elegir por la institución adquiriente según necesidades del servicio):</b>                                                                       |
| 1.10.7.1      | De dedo reusable.                                                                                                                                                                                                                 |

Los agentes y oficiales de presente documento juraron susados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLJSDCZ026/06-000203

La sesión jurada se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares requirientes, ítem y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|               |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10.7.2      | Multisitio reusable.                                                                                                                                            |
| 1.10.7.3      | Cargador interno o externo.                                                                                                                                     |
| 1.10.7.4      | Para uso con batería interna recargable.                                                                                                                        |
| 1.10.7.5      | Con almacenamiento de datos o memoria.                                                                                                                          |
| 1.10.7.6      | Salidas analógicas o digitales (referencia según marca del fabricante).                                                                                         |
| <b>1.10.8</b> | <b>Consumibles:</b>                                                                                                                                             |
| 1.10.8.1      | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico neonatal, (desechable un solo uso) para uso de sensores de flujo principal o lateral.           |
| 1.10.8.2      | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto y pediátrico (neonatal opcional), desechable un solo uso para uso de sensores de flujo principal o lateral. |

| Numeral    | Paquete 1,2                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopia (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante</b><br><b>Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, consta de:</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador O unidad de cirugía de alta frecuencia con dos salidas monopolares y una salida bipolar.</b>              |
| <b>2.2</b> | <b>Salida monopolar:</b>                                                                                                                                                                           |
| 2.2.1      | Con corte puro con potencia mínima de 150 a 300 watts o mayor.                                                                                                                                     |
| 2.2.2      | Con mezcla blend y/o modo con potencia en el rango de 100 a 200 watts.                                                                                                                             |
| 2.2.3      | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts.                                                                                                                  |
| <b>2.3</b> | <b>Salida bipolar:</b>                                                                                                                                                                             |
| 2.3.1      | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts.                                                                                                                                         |
| 2.3.2      | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar o limitación de potencia para coagulación bipolar de acuerdo a la tecnología del fabricante.                                  |
| <b>2.4</b> | <b>Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno o control del electrodo neutro, o según la tecnología del fabricante</b>                                                     |
| 2.4.1      | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador ( SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE)             |

Los agentes y oficiales de presente documento fueron enviados por el personal titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COL/SPDC/2026/06-000203

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares a los que se encuentran en el presente documento.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.2      | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla( SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE). |
| <b>2.5</b> | <b>Frecuencia de salida:</b>                                                                                   |
| 2.5.1      | Frecuencia mayor o igual a 300 KHz.                                                                            |
| <b>2.6</b> | <b>Activación de la unidad:</b>                                                                                |
| 2.6.1      | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.                                                       |
| 2.6.2      | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.                                                         |
| <b>2.7</b> | <b>Indicadores digitales de la potencia de salida mono y bipolar.</b>                                          |
| 2.8        | Ajuste por medio de teclado táctil, indicador de función acústico y visual con alarmas.                        |
| <b>2.9</b> | <b>Accesorios:</b>                                                                                             |
| 2.9.1      | Carro para transporte del equipo.                                                                              |
| 2.9.2      | Pedal monopolar, de acuerdo a tecnología del fabricante con las dos funciones (corte y coagulación).           |
| 2.9.3      | Pedal bipolar.( omitir si se integra al pedal monopolar)                                                       |

| Numeral    | Paquete 1                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>   | <b>531.355.0013 Bisturí ultrasónico (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante Sistema quirúrgico de ultrasonido, para corte y coagulación, que dentro de las características más relevantes incluya :</b>        |
| 3.1        | Generador ultrasónico <u>y o dispositivo portátil</u>                                                                                                                                                          |
| 3.1.2      | Utiliza energía ultrasónica.                                                                                                                                                                                   |
| 3.1.3      | En el rango entre 23 hasta 56.5 Kilo Hertz.                                                                                                                                                                    |
| 3.1.4      | Vibración al accionar función <u>(opcional, según tecnología)</u>                                                                                                                                              |
| <b>3.2</b> | <b>Accesorios:</b>                                                                                                                                                                                             |
| 3.2.1      | Pinza Laparoscópica para bisturí ultrasónico reusable según tecnología o Disector Ultrasónico Inalámbrico según tecnología del fabricante. (se debe considerar como bien de consumo en caso de ser desechable) |
| 3.2.2      | Pieza de mano <u>y/o sistema ultrasónico según tecnología del fabricante.</u>                                                                                                                                  |
| 3.2.3      | Cable para conexión de la pieza de mano <u>y/o sistema inalámbrico</u>                                                                                                                                         |
| 3.2.4      | Control de <u>instrumento de mano</u> y/o Pie.                                                                                                                                                                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/JS/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Numeral | Paquete 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | <b>531.328.0215 Equipo para sellado de vasos. *Equipo Itinerante</b><br><b>Conjunto de elementos que utiliza energía eléctrica de alta frecuencia en la banda de radiofrecuencia, para generar calor directamente en las células de los tejidos blandos. a fin de cortarlos o coagularlos durante un procedimiento quirúrgico.</b> |
| 4.1     | Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado o avanzado) con salida independiente, memoria interna para reconocimiento de los instrumentos; formación de sellos que soportan en un rango de 300 mmHg o más.                                                                                                      |
| 4.2     | Pantalla LCD o tecnología superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.3     | Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.4     | Alarmas audibles y visibles de: falla en alguno de los modos, falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado a la unidad, interrupción del ciclo de sellado de vasos.                                                                                                                             |
| 4.5     | <b>Accesorios:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.5.1   | Carro para soporte y traslado del equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Numeral | Paquete 1                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | <b>531.584.0198 Litotriptor neumático (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante<br/>Equipo para fragmentar cálculos localizados en vías urinarias mediante la generación de ondas de choque balística o neumática.</b> |
| 5.1     | <b>Onda de choque neumática:</b>                                                                                                                                                                                     |
| 5.2     | Frecuencia de operación mínima de 2 Hz o equivalente de acuerdo a tecnología del fabricante.                                                                                                                         |
| 5.3     | Presión de trabajo de 2 Bar, de onda ultrasónica o conforme a la tecnología del fabricante.                                                                                                                          |
| 5.4     | Presión de suministro de 8 Bar, para el caso de requerirse un compresor.                                                                                                                                             |
| 5.5     | Selector de pulsos individuales o continuos o funcionamiento de acuerdo a la tecnología del fabricante.                                                                                                              |
| 5.6     | Ondas producidas por energía neumática, electrocinética o ultrasónica                                                                                                                                                |
| 5.7     | Varilla de litotriptor de 0.8mm. o 0.9 mm o de medida de acuerdo a tecnología del fabricante.                                                                                                                        |

Los agentes y oficiales de presente documento fueron enviados por el personal titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLJUDC/2026/06-000203

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares recurrentes, ítem y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.8        | Varilla de litotriptor de 2.0mm para litotricia percutánea.                      |
| <b>5.9</b> | <b>Accesorios:</b>                                                               |
| 5.9.1      | Interruptor de pedal o en la pieza de mano.                                      |
| 5.9.2      | Carro porta equipo o Carro litotriptor.                                          |
| 5.9.3      | Piezas de mano, o transductor de control de acuerdo a tecnología del fabricante. |
| 5.9.4      | Cables de conexión.                                                              |
| 5.9.5      | Tapas para esterilización.                                                       |
| 5.9.6      | Adaptador para endoscopio (opcional)                                             |
| 5.9.7      | Compresor de aire en caso de ser neumático.                                      |

| Numeral    | Paquete 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>   | <b>531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio. *Equipo Itinerante</b><br><b>Equipo que proporciona la potencia óptima para tratamientos de piedras y de tejido suave.</b><br><b>Para tratamiento en procedimiento urológicos de: Litotricia renal, uretral y cálculos de vejiga, litotricia de cálculos impactados, estenosis uretral, tumores en vejiga y uretrales, carcinomas de vejiga.</b> |
| 6.1        | Laser quirúrgico Holmio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1.2      | Medio activo: Holmio YAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6.2</b> | <b>Láser con longitud de onda del haz de tratamiento en el rango de 2000 a 2100 nm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.2.1      | Láser aplicado a través de fibra óptica con diámetros entre 200 a 1000 um.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2.2      | Luz guía o haz de puntería de láser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6.3</b> | <b>Potencia de salida del pulso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.3.1      | Para uso de litotricia, ablación y vaporación de tejido blandos con potencia de 20 W a 50W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3.2      | Rango de energía por pulso de 200 a 3500 mJ o de 500 a 3500 mJ o mayor de acuerdo a tecnología del fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.3.3      | Frecuencia de pulsos en un rango de 3 Hz a 20 Hz o mayor, o de 5 Hz a 50 Hz o mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3.4      | Duración el pulso de 150 useg o menor a 350 useg o mayor, o Ajuste automático de ancho de pulso de 95 a 1500 ms según tecnología del fabricante.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.3.5      | Forma de onda pulsada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.4</b>  | Panel de control con pantalla sensible al tacto para el despliegue y ajuste de los siguiente parámetros: potencia, frecuencia del pulso, duración y activación del láser.                                                                      |
| 6.4.1       | Despliegue de pantalla de valor numérico de la energía liberada en el paciente, en caso de uso de fibras ópticas reusables el número de usos y el calibre de la misma, (o un sistema de identificación de acuerdo a tecnología del fabricante) |
| <b>6.5</b>  | Disparo del láser activado por pedal.                                                                                                                                                                                                          |
| 6.5.1       | Pedal de activación con cable o inalámbrico según tecnología del fabricante.                                                                                                                                                                   |
| 6.6         | Sistema de enfriamiento.                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.7         | Función de auto prueba del equipo con despliegue de mensajes de error.                                                                                                                                                                         |
| 6.8         | Botón de bloqueo activado por el usuario en caso de situaciones de emergencia.                                                                                                                                                                 |
| 6.9         | Botón de activación y reposo del disparo.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>6.10</b> | <b>Accesorios:</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.10.1      | Lentes o Goggles de protección.                                                                                                                                                                                                                |
| 6.10.2      | Cortador de Fibras ópticas                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.10.3      | Pelador de fibras ópticas                                                                                                                                                                                                                      |

| Numeral    | Paquete 1                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>   | <b>537.277.0015 Microdebridador eléctrico para oído y nariz (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante</b>                       |
| <b>7.1</b> | <b>Sistema rasurador con bomba de irrigación:</b>                                                                             |
| 7.1.1      | Con pieza de mano (según tecnología del fabricante).                                                                          |
| 7.1.2      | Para puntas desechables, Con diferentes funciones, diámetros y curvaturas, que permitan aspirar y remover diferentes tejidos. |
| 7.1.3      | De alta velocidad en el rango 3,000 a <b>60,000 rpm.</b>                                                                      |
| 7.1.4      | Que conste de consola para control de las revoluciones, adelante, atrás y oscilatorio.                                        |
| 7.1.5      | Con succión e irrigación                                                                                                      |
| <b>7.2</b> | <b>Accesorios:</b>                                                                                                            |
| 7.2.1      | Pedal multifunciones.                                                                                                         |
| <b>7.3</b> | <b>Mango eléctrico para Fresado de hueso (según tecnología del fabricante).</b>                                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Numeral     | Paquete 1                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>32</b>   | <b>531.681.0207 Resectoscopio de flujo continuo con torre</b>                                                                                                                                          |
| <b>32.1</b> | <b>Resectoscopio de flujo continuo con torre para adulto</b>                                                                                                                                           |
| 32.1.1      | Juego de camisas o vainas giratorias, al menos una exterior de diametro no mayor a 27 fr con dos vias para flujo continuo y al menos una interior con obturador compatible con caina o camisa exterior |
| 32.1.2      | Elemento de trabajo bipolar de corte pasivo con mango abierto                                                                                                                                          |
| 32.1.3      | Sistema óptico de visión de: una de 0° o 12° y una de 30°, diametro de 4 mm, conector para cable de fibra óptica sumergible y esterizable.                                                             |
| 32.1.4      | Camara y cabezal así como objetivo o adaptador de video esterilizables                                                                                                                                 |
| 32.1.5      | Controlador de camara o videoprocador, con sistema de almacenamiento de imágenes y video a través de memoria extraíble USB                                                                             |
| 32.1.6      | Fuente de Luz Led y monitor para cirugía LCD 0 LED de 24" o mayor                                                                                                                                      |
| <b>32.2</b> | <b>Accesorios</b>                                                                                                                                                                                      |
| 32.2.1      | Brazo porta endoscopio                                                                                                                                                                                 |
| 32.2.2      | Brazo para monitor                                                                                                                                                                                     |
| <b>32.3</b> | <b>Consumibles</b>                                                                                                                                                                                     |
| 32.3.1      | Electrodo de asa para corte bipolar                                                                                                                                                                    |
| 32.3.2      | Electrodo de cuchilla                                                                                                                                                                                  |
| 32.3.3      | Funda para camara                                                                                                                                                                                      |
| 32.3.4      | Sonda de foley calibre 20-22 fr                                                                                                                                                                        |
| 32.3.5      | Memoria USB con capacidad para la grabación del procedimiento                                                                                                                                          |

| Numeral    | PAQUETE 2                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b>   | <b>SCCB Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto que incluye: carro transportador, un videogastroscoپیو y un videocolonoscoپیو y un electrocoagulador básico.</b> |
|            | <b>*Equipo Itinerante</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>8.1</b> | <b>Carro porta equipo:</b>                                                                                                                                                                  |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DA/2026/000/000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1.1      | Colgador de endoscopios incorporado.                                                             |
| <b>8.2</b> | <b>Monitor:</b>                                                                                  |
| 8.2.1      | Pantalla LCD <u>ó según tecnología del fabricante</u> de 19" o mayor, a color .                  |
| 8.2.2      | Con resolución de 1600x1200 pixeles o mayor. S.D.                                                |
| 8.2.3      | Con opción de entradas de video digitales. (se dejan fuera las análogas)                         |
| <b>8.3</b> | <b>Procesador de video con :</b>                                                                 |
| 8.3.1      | Control de brillo manual o automático.                                                           |
| 8.3.2      | Ajuste de color.                                                                                 |
| 8.3.3      | Balance de blancos.                                                                              |
| 8.3.4      | Con al menos una salida de video digital.                                                        |
| 8.3.5      | Congelamiento de la imagen.                                                                      |
| 8.3.6      | Teclado para introducción de datos del paciente.                                                 |
| 8.3.7      | Capacidad de almacenamiento de imágenes a través de memoria interna o externa.                   |
| 8.3.8      | Protección contra descargas.                                                                     |
| <b>8.4</b> | <b>Fuente de iluminación</b>                                                                     |
| 8.4.1      | Lámpara de xenón de 300 Watts o LED.                                                             |
| 8.4.2      | Lámpara de emergencia de acuerdo a tecnología del fabricante.                                    |
| 8.4.3      | Función de transiluminación o incremento de luminosidad, según tecnología del fabricante.        |
| 8.4.4      | Ajuste de salida de luz. O Ajuste de luz automático.                                             |
| 8.4.5      | Indicador de vida de lámpara según tecnología del fabricante.                                    |
| 8.4.6      | Suministro de aire ajustable con al menos tres niveles.                                          |
| 8.4.7      | Con contenedor para alimentación de agua, y/o de aire de acuerdo a la tecnología del fabricante. |
| <b>8.5</b> | <b>Sistema de videgrabación o almacenamiento USB o CD o DVD o disco duro.</b>                    |
| 8.5.1      | Computadora y/o Software o Sistema de Captura de imágenes.                                       |
| <b>8.6</b> | <b>Impresora de calidad fotográfica.</b>                                                         |
| <b>8.7</b> | <b>Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo.</b>                                     |
| 8.8        | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga.                                                |
| 8.9        | Contenedor de líquidos para irrigación.                                                          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/JS/DCE/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>8.10</b> | <b>Bomba de irrigación (opcional )</b> |
|-------------|----------------------------------------|

| Numeral     | Paquete 2                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b>    | <b>531.447.0120 VideogastroscoPIO (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante</b>                                                                                          |
| 9.1         | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 9 a 13 mm.                                                                                                      |
| 9.2         | Diámetro del canal de trabajo 2.8 mm. O mayor.                                                                                                                         |
| <b>9.3</b>  | <b>Angulación en 4 direcciones:</b>                                                                                                                                    |
| 9.3.1       | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo.                                                                                                                        |
| 9.3.2       | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda.                                                                                                                   |
| 9.3.3       | Campo de visión de 120° o mayor                                                                                                                                        |
| 9.3.4       | Con dirección de observación frontal o recto.                                                                                                                          |
| 9.3.5       | Con profundidad en el campo de observación < a 5 mm. o 6mm. hasta 100 mm                                                                                               |
| <b>9.4</b>  | <b>Longitud:</b>                                                                                                                                                       |
| 9.4.1       | Longitud de trabajo mayor o igual de 1030 mm.                                                                                                                          |
| 9.4.2       | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.                                                                                                                           |
| 9.5         | Con chips CCD o según tecnología del fabricante.                                                                                                                       |
| 9.6         | Al menos dos botones configurables en el control de mando.                                                                                                             |
| 9.7         | Con zoom electrónico o digital (según tecnología de cada fabricante) de 1.5x o mayor                                                                                   |
| 9.8         | Con Zoom óptico electrónico u Observación Óptico Digital (según tecnología de cada fabricante).                                                                        |
| 9.9         | Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta. O longitud de onda en el videoendoscopio o en el videoprocesador ( según tecnología del fabricante) |
| <b>9.10</b> | <b>Debe incluir:</b>                                                                                                                                                   |
| 9.10.1      | Boquilla protectora.                                                                                                                                                   |
| 9.10.2      | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto y válvulas de irrigación.                                                                                     |
| 9.10.3      | Set de tapones para canal de trabajo (opcional), set de válvulas de aspiración, con o sin tapón hermético para desinfección de alto nivel                              |
| 9.10.4      | Con probador de impermeabilidad o Probador de fugas.                                                                                                                   |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DCA/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                |                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.10.5         | Compatibilidad con el modelo ofertado de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca y generación.                                                       |
|                |                                                                                                                                                                       |
| <b>Numeral</b> | <b>Paquete 2</b>                                                                                                                                                      |
| <b>10</b>      | <b>531.217.0235 Videocolonoscopio. *Equipo Itinerante</b>                                                                                                             |
| 10.1           | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 12 o mayor.                                                                                                    |
| 10.2           | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.7 mm.                                                                                                                 |
| <b>10.3</b>    | <b>Angulación en 4 direcciones:</b>                                                                                                                                   |
| 10.3.1         | Al menos 360° de angulación total arriba/abajo.                                                                                                                       |
| 10.3.2         | Al menos 320° de angulación total derecha/izquierda.                                                                                                                  |
| 10.4           | Campo de visión de 120°ó mayor .                                                                                                                                      |
| 10.5           | Con dirección de observación frontal o recto.                                                                                                                         |
| 10.6           | Con profundidad en el campo de observación menor o igual a 7 mm hasta 100 mm.                                                                                         |
| <b>10.7</b>    | <b>Longitud:</b>                                                                                                                                                      |
| 10.7.1         | Longitud de trabajo mayor de 1330 mm.                                                                                                                                 |
| 10.7.2         | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.                                                                                                                          |
| 10.8           | Con chips CCD o según tecnología del fabricante.                                                                                                                      |
| 10.9           | Al menos dos botones configurables en el control de mando.                                                                                                            |
| <b>10.10</b>   | <b>Con Zoom óptico u Observación Óptico Digital.</b>                                                                                                                  |
| 10.11          | Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta. O longitud de onda o según tecnología del fabricante en el videoendoscopio o en el videoprocesador |
| <b>10.12</b>   | <b>Debe incluir:</b>                                                                                                                                                  |
| 10.12.1        | Set de limpieza que incluya cepillo largo, corto y válvulas de irrigación.                                                                                            |
| 10.12.2        | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, con o sin tapón hermético para desinfección de alto nivel                                        |
| 10.12.3        | Comprobador de impermeabilidad o probador de fugas.                                                                                                                   |
| 10.12.4        | Compatibilidad con el modelo ofertado de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca y generación.                                                       |

Los agentes y oficiales de presente documento fueron enviados por el personal titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COL/SPDC/2026/06-000203

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares que antes requirieron, ítem y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Numeral     | Paquete 2                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b>   | <b>Torre de visualización endoscópica de alta especialidad para tubo digestivo adulto que incluye: un videogastroscoPIO, un videocolonoscoPIO, un videoduodenoscoPIO terapéutico y unidad de electrocirugía con coagulación de argón.</b> |
| <b>11.1</b> | <b>Carro porta equipo con:</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 11.1.2      | Con brazo colgador para los videoendoscopios.                                                                                                                                                                                             |
| <b>11.2</b> | <b>Monitor:</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.2.1      | Pantalla LCD o según tecnología del fabricante de 19" o mayor, a color                                                                                                                                                                    |
| 11.2.2      | De al menos 1920 X 1080 pixeles o mayor según tecnología del fabricante.                                                                                                                                                                  |
| 11.2.3      | Con opción de entradas de video digitales.                                                                                                                                                                                                |
| <b>11.3</b> | <b>Procesador digital de video para endoscopia:</b>                                                                                                                                                                                       |
| 11.3.1      | Con zoom electrónico o digital mínimo 1.5X.                                                                                                                                                                                               |
| 11.3.2      | Control de brillo manual o automático.                                                                                                                                                                                                    |
| 11.3.3      | Balance de blancos.                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.3.4      | Opción de salida de video que asegure la capacidad de HD.                                                                                                                                                                                 |
| 11.3.5      | Capacidad de almacenamiento de imágenes en dispositivo extraíble.                                                                                                                                                                         |
| 11.3.6      | Teclado para introducción de datos del paciente.                                                                                                                                                                                          |
| 11.3.7      | Tonalidad de color ajustable.                                                                                                                                                                                                             |
| 11.3.8      | Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta o longitud de onda.                                                                                                                                                     |
| 11.3.9      | Congelamiento de la imagen.                                                                                                                                                                                                               |
| 11.3.10     | Con teclado para introducción de datos del paciente y para el control de las funciones principales.                                                                                                                                       |
| <b>11.4</b> | <b>Fuente de luz:</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.4.1      | Lámpara xenón o LED.                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.4.2      | Intensidad de 300 watts separada o integrada al procesador.                                                                                                                                                                               |
| 11.4.3      | Función de transiluminación o incremento de la luminosidad.                                                                                                                                                                               |
| 11.4.4      | Control de luz manual y/o automático.                                                                                                                                                                                                     |
| 11.4.5      | Con lámpara de emergencia de xenón o halógeno de acuerdo a la tecnología del fabricante                                                                                                                                                   |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el presente bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos que determinan los requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.4.6      | Bomba de aire con dos niveles de regulación como mínimo.                                                    |
| 11.4.7      | Protección contra descargas.                                                                                |
| <b>11.5</b> | <b>Sistema de videograbación o almacenamiento USB o CD o DVD o disco duro.</b>                              |
| 11.5.1      | Computadora y software.                                                                                     |
| 11.5.2      | Impresora de calidad fotográfica.                                                                           |
| 11.5.3      | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo.                                                       |
| 11.5.4      | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o Probador de fugas.                                              |
| 11.5.5      | Contenedor de líquidos para irrigación.                                                                     |
| <b>11.6</b> | <b>Insuflador de CO2 (Opcional conforme a la tecnología del fabricante).</b>                                |
| 11.6.1      | 30 a 45 lpm de alto flujo. (Opcional conforme a la tecnología del fabricante).                              |
| 11.6.2      | Flujo de insuflación y volumen.(Opcional conforme a la tecnología del fabricante).                          |
| 11.6.3      | Con manguera de alta presión con conector de acuerdo a la tecnología del fabricante.                        |
| 11.6.4      | Con Indicador en Panel o de acuerdo a la tecnología del fabricante.                                         |
| <b>11.7</b> | <b>Características de seguridad:</b>                                                                        |
| 11.7.1      | Protección de sobre presión o Sensor de Presión de acuerdo a la tecnología del fabricante                   |
| 11.7.2      | Sistema de alarmas audibles y visuales para tanque vacío y sobrepresión en la cavidad abdominal. (Opcional) |
| 11.7.3      | Filtro bacterial (opcional)                                                                                 |
| 11.7.4      | Niveles de flujo alto y/o bajo.                                                                             |
| <b>11.8</b> | <b>Bomba de irrigación (Opcional)</b>                                                                       |

| Numeral | Paquete 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12      | <b>531.316.0094 Videoduodenoscopio terapéutico con las siguientes características:</b><br>Endoscopio con porción flexible que es usado para la examen visual y tratamiento del<br>ámpula de Váter en el duodeno que transmite imágenes al usuario por medio del un monitor<br>utilizando un sistema de video CCD para torre de endoscopia básica. |
| 12.1    | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 10.8 o mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.1.2  | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 4.2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Los agentes y oficiales de presente documento juraron susados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLJSDCZ026/06-000203

La sesión jurada se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares requirientes, ítem y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2</b> | <b>Angulación en 4 direcciones:</b>                                 |
| 12.2.1      | Al menos 200° de angulación total arriba/abajo.                     |
| 12.2.2      | Al menos 195° o mayor de angulación total derecha/izquierda.        |
| 12.2.3      | Campo de visión de 98° ó mayor.                                     |
| 12.2.4      | Con dirección de observación lateral.                               |
| 12.2.5      | Con profundidad en el campo de observación $\leq 5$ mm hasta 60 mm. |
| <b>12.3</b> | <b>Longitud:</b>                                                    |
| 12.3.1      | Longitud de trabajo mayor de 1240 mm.                               |
| 12.3.2      | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.                        |
| 12.3.3      | Con chips CCD o según tecnología del fabricante                     |
| 12.3.4      | Al menos dos botones configurables en el control de mando.          |
| <b>12.4</b> | <b>Debe incluir:</b>                                                |
| 12.4.1      | Boquilla protectora.                                                |
| 12.4.2      | Set de limpieza.                                                    |

| Numeral     | Paquete 2                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b>   | <b>531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón (adulto/pediátrico).</b>                                                                   |
| 13.1        | Equipo electrónico para corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante el acto quirúrgico, que usa argón para la coagulación del tejido. |
| 13.2        | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con tres a cuatro salidas monopolares y bipolares.                     |
| <b>13.3</b> | <b>Salida monopolar:</b>                                                                                                                                     |
| 13.3.1      | Con corte puro con potencia mínima de 300 watts.                                                                                                             |
| 13.3.2      | Con mezcla blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts.                                                                                                  |
| 13.3.3      | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, <u>o tres modos; coagulación suave, forzada y spray.</u>                   |
| <b>13.4</b> | <b>Salida bipolar:</b>                                                                                                                                       |
| 13.4.1      | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 hasta 120 watts.                                                                                         |
| 13.4.1      | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.                                                                                        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|              |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.5</b>  | <b>Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno o Control de los electrodos neutros de acuerdo a la tecnología del fabricante</b>                                               |
| 13.5.1       | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador.                                                  |
| 13.5.2       | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla.                                                                                                                          |
| <b>13.6</b>  | <b>Frecuencia de salida:</b>                                                                                                                                                                          |
| 13.6.1       | Frecuencia mayor o igual a 300 KHz.                                                                                                                                                                   |
| <b>13.7</b>  | <b>Activación de la unidad:</b>                                                                                                                                                                       |
| 13.7.1       | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.                                                                                                                                              |
| 13.7.2       | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.                                                                                                                                                |
| <b>13.8</b>  | <b>Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar.</b>                                                                                                                                           |
| <b>13.9</b>  | <b>Coagulador de argón o Equipo de Argón.</b>                                                                                                                                                         |
| 13.9.1       | Modulo externo o integrado a la unidad principal.                                                                                                                                                     |
| 13.9.2       | Con regulación o control del flujo de gas argón de acuerdo al instrumento utilizado o tecnología del fabricante.                                                                                      |
| 13.9.3       | Con capacidad mínima de conexión de un tanque de argón con purga de la línea.                                                                                                                         |
| 13.9.4       | Con alarma audible o visual de nivel bajo de gas.                                                                                                                                                     |
| <b>13.10</b> | <b>Tanque contenedor de gas argón de acuerdo al equipo ofertado.</b>                                                                                                                                  |
| 13.10.1      | Regulador de presión de gas argón de acuerdo al equipo ofertado.                                                                                                                                      |
| <b>13.11</b> | <b>Accesorios:</b>                                                                                                                                                                                    |
| 13.11.1      | Carro para transporte del equipo.                                                                                                                                                                     |
| 13.11.2      | Pedal monopolar para corte y coagulación o electrocoagulador.                                                                                                                                         |
| 13.11.3      | Sonda para aplicación endoscópica flexible con cable de conexión ( con tres modos de salida <b>según tecnología del fabricante</b> ), en el caso de ser desechable manifestarlo en su referenciación) |
| 13.11.4      | Placa de retorno de paciente con cable de conexión reusable, o desechable (opcional) de acuerdo a edad y complejidad del paciente.                                                                    |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dnos. requisitos, técnica y/o contratación.

CO/JS/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| Numeral     | Paquete 2                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b>   | <b>531.923.0321 Ultrasonido endoscópico.</b><br><b>Equipo que permite la visualización ultrasonográfica y endoscópica del tubo digestivo, que dentro de las características mas relevantes, incluya:</b> |
| 14.1        | El procesador de video endoscópico.                                                                                                                                                                      |
| 14.1.1      | El endoscopio de ultrasonido lineal y radial de transductor electrónico.                                                                                                                                 |
| <b>14.2</b> | <b>Modos de escaneo:</b>                                                                                                                                                                                 |
| 14.2.1      | Modo B.                                                                                                                                                                                                  |
| 14.2.2      | Modo M (opcional).                                                                                                                                                                                       |
| 14.2.3      | Con escaneo digital radial y lineal.                                                                                                                                                                     |
| 14.2.4      | Frecuencia en niveles en el rango de 5 a 12 MHz. (ajustable en cuatro niveles como mínimo).                                                                                                              |
| 14.2.5      | Debe mostrar los diferentes parámetros y datos en la pantalla.                                                                                                                                           |
| 14.2.6      | Con entrada de video digital.                                                                                                                                                                            |
| 14.2.7      | Con salida de video digital.                                                                                                                                                                             |
| <b>14.3</b> | <b>Gastrovideoendoscopio ultrasónico radial.</b>                                                                                                                                                         |
| 14.3.1      | Compatible con los procesadores de endoscopia y de ultrasonido endoscópico.                                                                                                                              |
| 14.3.2      | Con modo de escaneo radial.                                                                                                                                                                              |
| 14.3.3      | Campo de visión en el rango de 100 a 140°.                                                                                                                                                               |
| 14.3.4      | Dirección de observación frontal u oblicua                                                                                                                                                               |
| 14.3.5      | Con profundidad en el campo de observación de 3 mm a 4 mm hasta 100 mm                                                                                                                                   |
| 14.3.6      | Diámetro del tubo de inserción en el rango 11.4 mm.o menor a 12.1 mm o mayor                                                                                                                             |
| 14.3.7      | Canal de trabajo en el rango de 2.2 a 2.8mm o mayor.                                                                                                                                                     |
| <b>14.4</b> | <b>Angulación en cuatro 4 direcciones:</b>                                                                                                                                                               |
| 14.4.1      | Arriba en el rango de 130° a 190° / abajo: en el rango de 60° a 90°.                                                                                                                                     |
| 14.4.2      | Izquierda en el rango de 60° a 100°/ derecha en el rango de 60° a 100°.                                                                                                                                  |
| 14.4.3      | Longitud útil de 1250 mm. o mayor                                                                                                                                                                        |
| 14.4.4      | Rango de escaneo de 360°.                                                                                                                                                                                |

La revisión jurídica del presente es jurada realizada por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco en el momento 7.31, puntos 1, 8 del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o suficiencia de la unidad administrativo responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJDC202006000203

COLUSJ/DC/2026/00000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|             |                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5</b> | <b>Modos de escaneo:</b>                                                                       |
| 14.5.1      | Modo B.                                                                                        |
| 14.5.2      | Modo M (opcional).                                                                             |
| 14.5.3      | Frecuencia en niveles en el rango de 5 hasta 12 MHz. (ajustable en cuatro niveles como mínimo) |
| <b>14.6</b> | <b>Gastrovideoendoscopio ultrasónico lineal:</b>                                               |
| 14.6.1      | De visión lateral u oblicua compatible con balón endoscópico de ultrasonido radial.            |
| 14.6.2      | Compatible con los procesadores de endoscopia y de ultrasonido endoscópico.                    |
| 14.6.3      | Modo de escaneo lineal o radial.                                                               |
| 14.6.4      | Campo de visión en el rango de 100 a 140°.                                                     |
| 14.6.5      | Dirección de observación frontal oblicua en el rango de 40° a 55°                              |
| 14.6.6      | Profundidad de campo de observación de 5 o menor a 100 mm mayor.                               |
| 14.6.7      | Diámetro del tubo de inserción entre 10.8 o menor a 12.8 mm.o mayor                            |
| 14.6.8      | Diámetro del extremo distal entre 9.9 o menor a 14.6 mm.o mayor                                |
| 14.6.9      | Canal de trabajo de 3.7 mm. mayor                                                              |
| <b>14.7</b> | <b>Angulaciones en cuatro 4 direcciones:</b>                                                   |
| 14.7.1      | Arriba / Abajo: 130 a 160° / 90 a 160°.                                                        |
| 14.7.2      | Izquierda / Derecha: 90 a 120° / 90 a 120°.                                                    |
| 14.7.3      | Longitud útil de 1250 mm.                                                                      |
| 14.7.4      | Rango de escaneo de entre 110° a 180°.                                                         |
| <b>14.8</b> | <b>Modos de escaneo:</b>                                                                       |
| 14.8.1      | Doppler Color                                                                                  |
| 14.8.2      | Modo B                                                                                         |
| 14.8.3      | Elastografía (opcional).                                                                       |
| 14.8.4      | Frecuencia en niveles en el rango de 5 a 12 MHz. (ajustable en cuatro niveles como mínimo)     |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| Numeral | Paquete 2                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | <b>SCCB Enteroscopia asistido con balón.</b><br><b>Enteroscopia de uno o dos balones: Equipo para Enteroscopia de uno o dos balones, utilizado para la observación, el diagnóstico y tratamiento del intestino delgado.</b> |
| 15.1    | Enteroscopia de uno o de doble balón en el rango de 8.5 a 11.6 mm. de diámetro externo.                                                                                                                                     |
| 15.1.2  | Canal de trabajo en el rango de 2.8 mm. O mayor                                                                                                                                                                             |
| 15.2    | Ángulos de flexión de la punta arriba/abajo y derecha izquierda.                                                                                                                                                            |
| 15.2.1  | Longitud total de 2000 mm. o mayor.                                                                                                                                                                                         |
| 15.2.2  | Rango de observación en el rango de 3 - 100 mm. o de 5 – 100 mm. como mínimo.                                                                                                                                               |
| 15.2.3  | Campo visual en el rango de 120° a 140°.                                                                                                                                                                                    |
| 15.2.4  | Bomba controladora automática con mando a distancia según tecnología.                                                                                                                                                       |
| 15.2.5  | Presión de balón de 5.4 a 5.6 Kpa +/- 2.6 Kpa.                                                                                                                                                                              |
| 15.2.6  | Globo para insuflación y avance del enteroscopia, opcional según tecnología.                                                                                                                                                |

| Numeral | Paquete 2                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | SCCB Torre para endoscopía avanzada de aparato respiratorio adulto, que incluye: torre de visualización endoscópica y un broncoscopio. |
| 16.1    | Carro porta equipo:                                                                                                                    |
| 16.1.1  | Colgador de endoscopios incorporado o brazo colgador.                                                                                  |
| 16.2    | Monitor:                                                                                                                               |
| 16.2.1  | Pantalla LCD según tecnología del fabricante de 19" o mayor, a color.                                                                  |
| 16.2.2  | Con resolución de 1600x1200 pixeles o mayor. S.D.                                                                                      |
| 16.2.3  | Con opción de entradas de video digitales.                                                                                             |
| 16.3    | Procesador de video con :                                                                                                              |
| 16.3.1  | Control de brillo manual o automático.                                                                                                 |
| 16.3.2  | Ajuste de color.                                                                                                                       |
| 16.3.3  | Balance de blancos.                                                                                                                    |
| 16.3.4  | Con al menos una salida de video digital.                                                                                              |
| 16.3.5  | Congelamiento de la imagen.                                                                                                            |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares requeridos, técnico y/o contrario.

COL/SJ/DC/2026/00 **000203**

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.3.6       | Teclado para introducción de datos del paciente.                                          |
| 16.3.7       | Capacidad de almacenamiento de imágenes a través de memoria interna o externa.            |
| 16.3.8       | Protección contra descargas.                                                              |
| <b>16.4</b>  | <b>Fuente de iluminación o Fuente de Luz:</b>                                             |
| 16.4.1       | Lámpara de Xenón de 300 Watts o LED.                                                      |
| 16.4.2       | Lampara de emergencia de acuerdo a la tecnología del fabricante.                          |
| 16.4.3       | Función de transiluminación o incremento de luminosidad, según tecnología del fabricante. |
| 16.4.4       | Ajuste de salida de luz o Ajuste de luz automático.                                       |
| 16.4.5       | Indicador de vida de lámpara según tecnología del fabricante.                             |
| 16.4.6       | Suministro de aire ajustable con al menos tres niveles.                                   |
| 16.4.7       | Con contenedor para alimentación de aire y agua de acuerdo a tecnología del fabricante.   |
| <b>16.5</b>  | <b>Sistema de videgrabación o almacenamiento USB o CD o DVD o disco duro.</b>             |
| <b>16.6</b>  | <b>Computadora y software.</b>                                                            |
| <b>16.7</b>  | <b>Impresora de calidad fotográfica.</b>                                                  |
| <b>16.8</b>  | <b>Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo.</b>                              |
| <b>16.9</b>  | <b>Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga.</b>                                  |
| <b>16.10</b> | <b>Contenedor de líquidos para irrigación.</b>                                            |
| <b>16.11</b> | <b>Bomba de irrigación (opcional )</b>                                                    |

| Numeral | Paquete 2                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17      | <b>531.146.1544 Videobroncoscopio.</b><br><b>Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas:</b> |
| 17.1    | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 3.9 hasta 6.3 mm.                                                                                                                                       |
| 17.1.2  | Diámetro del canal de trabajo en el rango de 2 a 3.2 mm.                                                                                                                                                       |
| 17.2    | <b>Angulación en dos direcciones:</b>                                                                                                                                                                          |
| 17.2.1  | Al menos 280 grados de angulación total de arriba abajo (Antes era de al menos 300 grados. Se abre a que entre desde los 280 grados)                                                                           |

Los agentes y oficiales de presente documento fueron enviados por el personal titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COL/SPDC/2026/06-000203

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares que antes, ítem y/o contrario.

COL/SJ/DC/2 026/00 **000203**

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17.3</b> | Campo de visión de 120° o mayor                                                                                                |
| 17.3.1      | Dirección de observación frontal                                                                                               |
| 17.3.2      | Con profundidad de campo dentro del rango de mínimo 3 y hasta 100 mm.                                                          |
| <b>17.4</b> | <b>Longitud:</b>                                                                                                               |
| 17.4.1      | Longitud de trabajo $\geq$ a 600 mm.                                                                                           |
| 17.4.2      | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.                                                                                   |
| 17.4.3      | Con chips CCD o según tecnología del fabricante.                                                                               |
| 17.4.4      | Con al menos dos botones configurables en el control de mando.                                                                 |
| <b>17.5</b> | <b>Debe incluir:</b>                                                                                                           |
| 17.5.1      | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación. (opcional)                                   |
| 17.5.2      | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, con o sin tapón hermético para desinfección de alto nivel |
| 17.5.3      | Comprobador de impermeabilidad o Probador de Fugas                                                                             |
| <b>17.6</b> | <b>Compatibilidad con el modelo ofertado de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca y generación.</b>         |

| Numeral     | PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b>   | <b>SCCB Torre de alta especialidad para endoscopia pediátrica de tubo digestivo que incluye: Torre de visualización endoscópica que consta de: un videogastroscoPIO, un videoduodenoscopia, un videogastroscoPIO neonatal, un videogastroscoPIO pediátrico, un videocolonoscopia pediátrico y electro coagulador de argón.</b> |
| <b>18.1</b> | <b>Carro porta equipo con:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18.1.1      | Con brazo colgador para los videoendoscopios.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>18.2</b> | <b>Monitor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.2.1      | Pantalla LCD ó según tecnología del fabricante de 19" o mayor, a color.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.2.2      | De al menos 1920 X 1080 pixeles o mayor según tecnología del fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.2.3      | Con opción de entradas de video digitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>18.3</b> | <b>Procesador digital de video para endoscopia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18.3.1      | Con zoom electrónico o digital (según tecnología de cada fabricante) de 1.5x o mayor                                                                                                                                                                                                                                           |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas, requisitos, técnica y/o contratación.







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.3.2        | Con Zoom óptico electrónico u Observación Óptico Digital. (según tecnología de cada fabricante)     |
| 18.3.3        | Control de brillo manual o automático.                                                              |
| 18.3.4        | Balance de blancos.                                                                                 |
| 18.3.5        | Opción de salida de video que asegure la capacidad de HD.                                           |
| 18.3.6        | Capacidad de almacenamiento de imágenes en dispositivo extraíble.                                   |
| 18.3.7        | Teclado para introducción de datos del paciente.                                                    |
| 18.3.8        | Tonalidad de color ajustable.                                                                       |
| 18.3.9        | Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta o longitud de onda                |
| 18.3.10       | Congelamiento de la imagen.                                                                         |
| 18.3.11       | Con teclado para introducción de datos del paciente y para el control de las funciones principales. |
| <b>18.4</b>   | <b>Fuente de luz:</b>                                                                               |
| 18.4.1        | Lámpara Xenón o LED                                                                                 |
| 18.4.2        | Intensidad de 300 Watts separada o integrada del procesador (para Xenón)                            |
| 18.4.3        | Función de transiluminación o incremento de la luminosidad.                                         |
| 18.4.4        | Control de luz o intensidad manual y/o automático.                                                  |
| 18.4.5        | Lámpara de emergencia de Xenón o Halógeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante             |
| 18.4.6        | Bomba de aire con dos niveles de regulación como mínimo.                                            |
| 18.4.7        | Protección contra descargas.                                                                        |
| <b>18.5</b>   | <b>Sistema de videgrabación o almacenamiento USB o CD o DVD o disco duro.</b>                       |
| 18.5.1        | Computadora y software.                                                                             |
| 18.5.2        | Impresora de calidad fotográfica.                                                                   |
| 18.5.3        | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo.                                               |
| 18.5.4        | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga.                                                   |
| 18.5.5        | Contenedor de líquidos para irrigación.                                                             |
| <b>18.6</b>   | <b>Características de seguridad:</b>                                                                |
| <b>18.6.1</b> | <b>Bomba de irrigación (opcional )</b>                                                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Numeral     | Paquete 2                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b>   | <b>SCCB Videogastroscoپی neonatal.</b>                                                                                          |
| <b>19.1</b> | <b>Campo de visión de 120° o mayor:</b>                                                                                         |
| 19.1.1      | Dirección de observación frontal o recta                                                                                        |
| 19.1.2      | Con profundidad en el campo de observación $\leq$ 5 mm o 6mm hasta 100 mm                                                       |
| 19.1.3      | Diámetro externo del tubo de inserción (o sección flexible) de 5.5 a 5.9 mm.                                                    |
| <b>19.2</b> | <b>Angulaciones en cuatro 4 direcciones:</b>                                                                                    |
| 19.2.1      | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo.                                                                                 |
| 19.2.2      | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda.                                                                            |
| 19.2.3      | Longitud de trabajo en el rango de 1030 mm. o mayor,                                                                            |
| 19.2.4      | Con canal de trabajo de 2.0 a 2.4 mm. Diámetro                                                                                  |
| 19.2.5      | Longitud total en el rango de 1300 mm. o mayor.                                                                                 |
| <b>19.3</b> | <b>Debe incluir:</b>                                                                                                            |
| 19.3.1      | Boquilla protectora.                                                                                                            |
| 19.3.2      | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación                                                |
| 19.3.3      | Set de tapones para canal de trabajo (opcional), set de válvulas de aspiración, tapón hermético para desinfección de alto nivel |
| <b>19.4</b> | <b>Compatibilidad con el modelo ofertado de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca y generación.</b>          |

| Numeral     | Paquete 2                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b>   | <b>SCCB Videogastroscoپی pediátrico.</b>                                   |
| <b>20.1</b> | <b>Campo de visión de 140°:</b>                                            |
| 20.1.1      | Dirección de observación frontal o recta                                   |
| 20.1.2      | Con profundidad en el campo de observación $\leq$ 5 mm o 6 mm hasta 100 mm |
| <b>20.2</b> | <b>Angulaciones en cuatro 4 direcciones:</b>                               |
| 20.2.1      | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo.                            |
| 20.2.2      | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda.                       |
| 20.2.3      | Diámetro externo del tubo de inserción en el rango de 5.4 a 9.0 mm.        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|             |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.2.4      | Canal de trabajo de 2.2 mm. O mayor de diámetro.                                                                                |
| 20.2.5      | Longitud de trabajo en el rango de 1000 mm. a 1300 mm.                                                                          |
| 20.2.6      | Longitud total en el rango de 1300 mm. o mayor.                                                                                 |
| <b>20.3</b> | <b>Compatibilidad con el modelo ofertado de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca y generación.</b>          |
| <b>20.4</b> | <b>Debe incluir:</b>                                                                                                            |
| 20.4.1      | Boquilla protectora.                                                                                                            |
| 20.4.2      | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación                                                |
| 20.4.3      | Set de tapones para canal de trabajo (opcional), set de válvulas de aspiración, tapón hermético para desinfección de alto nivel |

| Numeral     | Paquete 2                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>21</b>   | <b>SCCB Videoduodenoscopia estándar terapéutico pediátrico.</b>                           |
| 21.1        | Diámetro exterior del tubo de inserción o sección flexible en el rango de 10.8 a 12.6 mm. |
| 21.1.1      | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.2 mm.                                     |
| <b>21.2</b> | <b>Angulación en 4 direcciones:</b>                                                       |
| 21.2.1      | Al menos 210° de angulación total arriba/abajo.                                           |
| 21.2.2      | Al menos 195° de angulación total derecha/izquierda.                                      |
| 21.2.3      | Campo de visión de 98° ó mayor.                                                           |
| 21.2.4      | Con dirección de observación lateral.                                                     |
| 21.2.5      | Con profundidad en el campo de observación $\leq$ 5 mm hasta 60 mm.                       |
| <b>21.3</b> | <b>Longitud:</b>                                                                          |
| 21.3.1      | Longitud de trabajo igual o mayor de 1240 mm.                                             |
| 21.3.2      | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.                                              |
| 21.3.3      | Con chips CCD a color o resolución 410,000 píxeles o mayor.                               |
| 21.3.4      | Al menos dos botones configurables en el control de mando.                                |
| <b>21.4</b> | <b>Debe incluir:</b>                                                                      |
| 21.4.1      | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación.         |

Los agentes y oficiales de presente documento juraron susados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COL/SPDC/2026/000203

La sesión jurada se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares requirientes, ítem y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|        |                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.4.2 | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar. |
| 21.4.3 | Comprobador de impermeabilidad                                                                         |
| 21.5   | <b>Compatible con fuente de luz y procesador de video de la misma marca</b>                            |

| Numeral     | Paquete 2                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22</b>   | <b>531.217.0243 Videocolonoscopio pediátrico.</b>                                                      |
| <b>22.1</b> | Diámetro exterior del tubo de inserción $\leq 12.8$ mm.                                                |
| 22.1.1      | Diámetro del canal de trabajo de 3.2 mm a 3.8mm.                                                       |
| <b>22.2</b> | <b>Angulaciones en 4 direcciones:</b>                                                                  |
| 22.2.1      | Al menos 360 grados de angulación total arriba/abajo.                                                  |
| 22.2.2      | Al menos 320 grados de angulación total derecha/izquierda.                                             |
| 22.2.3      | Campo de visión de 140° o mayor.                                                                       |
| 22.2.4      | Con dirección de observación frontal.                                                                  |
| 22.2.5      | Con profundidad en el campo de observación $\leq 5$ mm a 100 mm.                                       |
| <b>22.3</b> | <b>Longitud:</b>                                                                                       |
| 22.3.1      | Longitud de trabajo mayor de 1330 mm.                                                                  |
| 22.3.2      | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.                                                           |
| 22.3.3      | Con chip CCD a color (ó con chip de memoria interna) con Resolución de 410,000 pixeles o mayor,        |
| 22.3.4      | Al menos dos botones configurables en el control de mando.                                             |
| <b>22.4</b> | <b>Debe Incluir:</b>                                                                                   |
| 22.4.1      | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación.                      |
| 22.4.2      | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar. |
| 22.4.3      | Comprobador de impermeabilidad                                                                         |
| <b>22.5</b> | <b>Compatible con fuente de luz y procesador de video de la misma marca</b>                            |

Los agentes y oficiales de presente documento juraron susados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLJSDCZ026/06-000203

La sesión jurada se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares requirientes, ítem y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Numeral     | Paquete 2                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23</b>   | <b>SCCB Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm).</b> |
| <b>23.1</b> | <b>Carro porta equipo con:</b>                                                                                                                                                                                           |
| 13.1.1      | Colgador de endoscopios incorporado o brazo colgador.                                                                                                                                                                    |
| <b>23.2</b> | <b>Monitor:</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 23.2.1      | Pantalla LCD ó según tecnología del fabricante de 19" o mayor, a color.                                                                                                                                                  |
| 23.2.2      | De al menos 1920 X 1080 pixeles o mayor según tecnología del fabricante.                                                                                                                                                 |
| 23.2.3      | Con opción de entradas de video digitales.                                                                                                                                                                               |
| <b>23.3</b> | <b>Procesador de video con :</b>                                                                                                                                                                                         |
| 23.3.1      | Control de brillo manual o automático.                                                                                                                                                                                   |
| 23.3.2      | Ajuste de color.                                                                                                                                                                                                         |
| 23.3.3      | Balance de blancos.                                                                                                                                                                                                      |
| 23.3.4      | Opción de salida de video que asegure la capacidad de HD.                                                                                                                                                                |
| 23.3.5      | Congelamiento de la imagen.                                                                                                                                                                                              |
| 23.3.6      | Teclado para introducción de datos del paciente.                                                                                                                                                                         |
| 23.3.7      | Capacidad de almacenamiento de imágenes a través de memoria interna o externa.                                                                                                                                           |
| 23.3.8      | Protección contra descargas.                                                                                                                                                                                             |
| <b>23.4</b> | <b>Fuente de iluminación o Fuente de Luz:</b>                                                                                                                                                                            |
| 23.4.1      | Lámpara xenón.                                                                                                                                                                                                           |
| 23.4.2      | Intensidad de 300 watts separada o integrada al procesador.                                                                                                                                                              |
| 23.4.3      | Función de transiluminación o incremento de luminosidad, según tecnología del fabricante.                                                                                                                                |
| 23.4.4      | Ajuste de salida de luz o Ajuste de luz automático.                                                                                                                                                                      |
| 23.4.5      | Indicador de vida de lámpara según tecnología del fabricante.                                                                                                                                                            |
| 23.4.5      | Suministro de aire ajustable con al menos tres niveles.                                                                                                                                                                  |
| 23.4.6      | Con contenedor para alimentación de aire y agua de acuerdo a tecnología del fabricante.                                                                                                                                  |
| <b>23.5</b> | <b>Sistema de videgrabación o almacenamiento USB o CD o DVD o disco duro.</b>                                                                                                                                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requirientes, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 23.6  | Computadora y software.                               |
| 23.7  | Impresora de calidad fotográfica.                     |
| 23.8  | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo. |
| 23.9  | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga.     |
| 23.10 | Contenedor de líquidos para irrigación.               |
| 23.11 | Bomba de irrigación (opcional )                       |

| Numeral     | Paquete 2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24          | <b>SCCB Videobronscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm.</b> |
| 24.1        | Diámetro de tubo de inserción que corresponda al broncoscopio solicitado.                                                                                                                                                                                                       |
| 24.1.1      | Diámetro de la punta distal que correspondan al broncoscopio solicitado o de 3.1 mm.                                                                                                                                                                                            |
| 24.1.2      | Profundidad en el campo de observación de menor o igual 2 o 3 a 50 o 100 mm.                                                                                                                                                                                                    |
| 24.1.3      | Longitud de trabajo de 550 mm. a 600 mm.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24.1.4      | Canal de trabajo de 1.0 a 1.2 mm. de diámetro, según broncoscopio ofertado y utilizado.                                                                                                                                                                                         |
| <b>24.2</b> | <b>Angulaciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24.2.1      | Arriba: de 180° a 210°.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24.2.2      | Abajo: 130° con mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24.2.3      | Ángulo de visión desde 100° a 120°.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>24.3</b> | <b>Debe incluir:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24.3.1      | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto.                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.3.2      | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.                                                                                                                                                                          |
| 24.3.3      | Comprobador de impermeabilidad o Probador de Fugas                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.4        | <b>Compatible con fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca</b>                                                                                                                                                                                                  |

Los agentes y oficiales de presente documento fueron visitados por el personal titular de la unidad de servicios jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Estructura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COL/SPD/C26/06/000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares a los que se están ejecutando.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Numeral     | Paquete 2                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25</b>   | <b>SCCB Videobroncoscopio pediátrico 1. Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro en el rango de 3.4 a 3.8</b> |
| 25.1        | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 3.4 a 3.8 mm., o hasta 4.1 mm.                                                                                                                                                                           |
| 25.1.1      | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 1.2 mm.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>25.2</b> | <b>Angulación en dos direcciones</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 25.2.1      | Al menos 300 grados de angulación total de arriba abajo                                                                                                                                                                                                         |
| 25.2.2      | Campo de visión de 120° o mayor                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25.2.3      | Dirección de observación frontal                                                                                                                                                                                                                                |
| 25.2.4      | Con profundidad en el campo de observación menor o igual 3 mm. a 50 mm o 100mm.                                                                                                                                                                                 |
| <b>25.3</b> | <b>Longitud:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25.3.1      | Longitud de trabajo mayor o igual a 600 mm.                                                                                                                                                                                                                     |
| 25.3.2      | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.                                                                                                                                                                                                                    |
| 25.3.3      | Con Chip CCD a color o resolución de 410,000 pixeles o mayor.                                                                                                                                                                                                   |
| 25.3.4      | Con al menos dos botones configurables en el control de mando.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>25.4</b> | <b>Debe incluir:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25.4.1      | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto.                                                                                                                                                                                                       |
| 25.4.2      | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.                                                                                                                                                          |
| 25.4.3      | Comprobador de impermeabilidad o Probador de Fugas                                                                                                                                                                                                              |
| <b>25.5</b> | <b>Compatible con fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca</b>                                                                                                                                                                                  |

| Numeral | Paquete 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26      | <p><b>SCCB Videobroncoscopio pediátrico 2:</b><br/> <b>Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas:</b></p> <p><b>Un broncoscopio con diámetro en el rango de 4.9 mm a 5.2mm.</b></p> |

Los agentes y oficiales de presente documento fueron enviados por el personal titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COL/SPDC/2026/06-000203

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares que antes requirieron, ítem y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|             |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.1        | Diámetro de tubo de inserción que corresponda al broncoscopio solicitado.                              |
| 26.1.1      | Diámetro de la punta distal que correspondan al broncoscopio solicitado.                               |
| 26.1.2      | Profundidad en el campo de observación de menor o igual a 3 a 100 mm.                                  |
| 26.1.3      | Longitud de trabajo de 550 a 600 mm.                                                                   |
| 26.1.4      | Canal de trabajo de 2mm o mayor de diámetro, según broncoscopio ofertado y utilizado.                  |
| <b>26.2</b> | <b>Angulaciones:</b>                                                                                   |
| 26.2.1      | Arriba: de 180° a 210°.                                                                                |
| 26.2.2      | Abajo: 130° como mínimo.                                                                               |
| 26.2.3      | Ángulo de visión de 120°.                                                                              |
| <b>26.3</b> | <b>Debe incluir:</b>                                                                                   |
| 26.3.1      | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto.                                              |
| 26.3.2      | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar. |
| 26.3.3      | Comprobador de impermeabilidad o Probador de Fugas                                                     |
| <b>26.4</b> | <b>Compatible con fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca</b>                         |

| Numeral     | PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30</b>   | <b>537.336.0212 Grabador de pH con impedancia esofágico 24 Hrs (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante</b><br><b>Equipo de medición de pH-metería con impedancia ambulatoria de 24 Hrs. para esófago que dentro de las características mas relevantes incluya:</b> |
| 30.1        | Equipo para realizar pruebas de reflujo ambulatorias de 24 horas y medir niveles de pH intraesofágico e intragástrico.                                                                                                                                             |
| 30.1.1      | Con funciones de marcación de eventos y síntomas.                                                                                                                                                                                                                  |
| 30.1.2      | Con grabador o registrador de datos.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>30.2</b> | <b>Software</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30.2.1      | Software que pueda analizar estudios de pH alámbrico o inalámbrico y que permita personalizar los informes.                                                                                                                                                        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DCA/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.2.2        | Software de pH que permite informar puntuaciones de adulto (De Meester & Johnson ) e infantiles (Boix Ochoa), además de gráficas percentiles normales, correlación de síntomas de reflujo, índice de síntomas y probabilidad de asociación de síntomas. o <u>Software de pH según tecnología del fabricante.</u> |
| 30.2.3        | Grafica de percentiles Normales o Visualización por trazado lineal de la impedancia y medición de pH.                                                                                                                                                                                                            |
| 30.2.4        | Correlación de Síntomas de reflujo                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30.2.5        | Índice de síntomas y probabilidad de asociación de síntomas                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30.2.6        | Protocolo que permita configuración de acuerdo a las necesidades de cada paciente                                                                                                                                                                                                                                |
| 30.2.7        | Software de interpretación, PC o laptop con impresora a color.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>30.3</b>   | <b>Compatible con sensor o catéter de antimonio para Phmetría esofágica reusable (o desechable), de acuerdo a tecnología ofertada</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>30.3.1</b> | <b>Consumibles:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30.3.2        | Papel fotográfico para impresión de reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Numeral | PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31      | 531.606.0275 Manómetro esofágico/ano-rectal de alta resolución (adulto/pediátrico).<br>*Equipo Itinerante<br><br>Equipo para medir la motilidad del tracto digestivo alto (esófago) y bajo (recto) a través de un catéter de estado sólido de 32 sensores para esófago y otro catéter de 8 sensores para anorrecto. Contiene los siguientes elementos y características: |
| 31.1    | Modulo de control o equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31.1.1  | Con capacidad de medir 32 puntos de presión mínimo para esófago y 8 para anorrecto según tecnología del fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31.2    | Software:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31.2.1  | Capaz de crear protocolos de acuerdo a las necesidades individuales del usuario para cada procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31.3    | Esófago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31.3.1  | Análisis de la velocidad de contracción del esófago en cada trago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31.3.2  | Análisis de la integral contráctil distal. (DCI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31.3.3  | Análisis de la presión del bolo (IBP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Los agentes y oficiales de presente documento juraron susados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODDD Regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.31, puntos 1 y 8, del Manual de Organización y de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

COLJSDCZ026/06-000203

La sesión jurada se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos similares requirientes, ítem y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.3.4      | Capacidad de detectar el punto de inversión respiratoria en forma gráfica.(IRP).              |
| <b>31.4</b> | <b>Anorrecto:</b>                                                                             |
| 31.4.1      | Análisis del reflejo recto anal inhibitorio o Catéter Ano-rectal Adulto.                      |
| 31.4.2      | Análisis de umbral sensorial, contracciones y reposoo revisión de un estudio en forma remota. |
| 31.4.3      | Con función de bioretroalimentación.                                                          |
| <b>31.5</b> | <b>Computadora:</b>                                                                           |
| 31.5.1      | Sistema Operativo Windows Xp o superior.                                                      |
| 31.5.2      | Unidad lectora y escritora de CD/DVD.                                                         |
| 31.5.3      | Puertos USB.                                                                                  |
| 31.5.4      | Tarjeta de RED. O conector de red o wifi                                                      |
| 31.5.5      | Modem integrado (según tecnología de cada fabricante)                                         |
| 31.5.6      | Teclado y mouse.                                                                              |
| 31.5.7      | Monitor                                                                                       |
| 31.5.8      | Impresora a color de inyección de tinta o laser.                                              |
| <b>31.6</b> | <b>Accesorios:</b>                                                                            |
| 31.6.1      | Fundas de plástico para el catéter (esofágico y anorectal)                                    |
| 31.6.2      | Set de calibración para catéter o Marcadores de posición y longitud de esfínteres.            |
| 31.6.3      | Carro transportador                                                                           |
| <b>31.7</b> | <b>Consumibles:</b>                                                                           |
| 31.7.1      | Papel fotográfico para impresión de reportes.                                                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procectencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contractante.

CO/SJ/DC2026000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|  Instituto Mexicano del Seguro Social<br>Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima<br>Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas<br>Coordinación de Prevención y Atención a la Salud |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión 2026                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| Anexo T2 Equipo Médico                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| Catálogo de equipo médico                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| Numeral                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paquete |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Torre de Visualización (adulto/pediátrico) que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático y capnógrafo con oxímetro. *Equipo Itinerante | 1       |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopia (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, 2    |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 531.355.0013 Bisturí ultrasónico (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 531.328.0215 Equipo para sellado de vasos. *Equipo Itenerante                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 531.584.0198 Litotriptor neumático (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio. *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 537.277.0015 Microdebridador eléctrico para oído y nariz (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SCCB Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto que incluye: carro transportador, un videogastroscoipo y un videocolonoscoipo y un electrocoagulador básico. *Equipo Itinerante                                                                                                                                         | 2       |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 531.447.0120 Videogastroscoipo (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2       |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531.217.0235 Videocolonoscoipo. *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Torre de visualización endoscópica de alta especialidad para tubo digestivo adulto que incluye: un videogastroscoipo, un videocolonoscoipo, un videoduodenoscoipo terapéutico y unidad de electrocirugía con coagulación de argón.                                                                                                              | 2       |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531.316.0094 Videoduodenoscoipo terapéutico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                             | 2       |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531.923.0321 Ultrasonido endoscópico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Enteroscoipo asistido con balón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Torre para endoscopia avanzada de aparato respiratorio adulto, que incluye: torre de visualización endoscópica y un broncoscoipo.                                                                                                                                                                                                          | 2       |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531.146.1544 Videobroncoscoipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Torre de alta especialidad para endoscopia pediátrica de tubo digestivo que incluye: Torre de visualización endoscópica que consta de: un videogastroscoipo, un videoduodenoscoipo, un videogastroscoipo neonatal, un videogastroscoipo pediátrico, un videocolonoscoipo pediátrico y electro coagulador de argón.                         | 2       |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Videogastroscoipo neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2       |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Videogastroscoipo pediátrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Videoduodenoscoipo estándar terapéutico pediátrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531.217.0243 Videocolonoscoipo pediátrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Torre para endoscopia alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscoipos (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm).                                                                                                                               | 2       |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Videobroncoscoipos neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Videobroncoscoipo pediátrico 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2       |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCCB Videobroncoscoipo pediátrico 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2       |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531.316.0102 Equipo de cápsula endoscópica para visualización del tracto digestivo (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                      | 4       |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 537.336.0212 Grabador de pH con impedancia esofágico 24 Hrs (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                                             | 5       |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531.606.0275 Manómetro esofágico/ano-rectal de alta resolución (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante                                                                                                                                                                                                                                          | 5       |  |
| <b>Rogelio Ramos Naranjo</b> <b>Dr. Juan Gabriel Barrera Acosta</b> <b>Jessica Gil Lozada</b><br>Coord. Auxiliar de Atención      Coordinador de Prevención y      Jefa de Servicios de<br>Médica Segundo Nivel      Atención a la Salud      Prestaciones Médicas                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la OAD Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                                                                      | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                      | Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                                                      | Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                      | Coordinación de Prevención y Atención a la Salud                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Anexo T2 Equipo Médico                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Relación de equipo médico por paquete                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <b>Equipo Médico para el paquete 1</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| NumeralV                                                             | Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 1                                                                    | Torre de Visualización (adulto/pediátrico) que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático y capnógrafo con oxímetro. |  |  |  |
| 2                                                                    | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopia (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 3                                                                    | 531.355.0013 Bisturí ultrasónico (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 4                                                                    | 531.328.0215 Equipo para sellado de vasos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 5                                                                    | 531.584.0198 Litotriptor neumático (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 6                                                                    | 531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 7                                                                    | 537.277.0015 Microdebridador eléctrico para oído y nariz (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 32                                                                   | 531.681.0207 Resectoscopio de flujo continuo con torre                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <b>Equipo Médico para el paquete 2</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| NumeralVF                                                            | Equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 8                                                                    | SCCB Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto que incluye: carro transportador, un videogastroscoPIO y un videocolonoscPIO y un electrocoagulador básico.                                                                                                                                          |  |  |  |
| 9                                                                    | 531.447.0120 VideogastroscoPIO (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 10                                                                   | 531.217.0235 VideocolonoscPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 2                                                                    | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopia (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 11                                                                   | Torre de visualización endoscópica de alta especialidad para tubo digestivo adulto que incluye: un videogastroscoPIO, un videocolonoscPIO, un videoduodenoscPIO terapéutico y unidad de electrocirugía con coagulación de argón.                                                                                             |  |  |  |
| 9                                                                    | 531.447.0120 VideogastroscoPIO (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 10                                                                   | 531.217.0235 VideocolonoscPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 12                                                                   | 531.316.0094 VideoduodenoscPIO terapéutico.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 13                                                                   | 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 14                                                                   | 531.923.0321 Ultrasonido endoscópico.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 15                                                                   | SCCB EnteroscPIO asistido con balón.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 16                                                                   | SCCB Torre para endoscopia avanzada de aparato respiratorio adulto, que incluye: torre de visualización endoscópica y un broncoscoPIO.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 17                                                                   | 531.146.1544 VideobroncoscoPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC2026000000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | SCCB Torre de alta especialidad para endoscopia pediátrica de tubo digestivo que incluye: Torre de visualización endoscópica que consta de: un videogastroscoPIO, un videoduodenoscopia, un videogastroscoPIO neonatal, un videogastroscoPIO pediátrico, un videocolonoscoPIO pediátrico y electrocoagulador de argón. |
| 9  | 531.447.0120 VideogastroscoPIO (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 | SCCB VideogastroscoPIO neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 | SCCB VideogastroscoPIO pediátrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | SCCB Videoduodenoscopia estándar terapéutico pediátrico.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | 531.217.0243 VideocolonoscoPIO pediátrico.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón (adulto/pediátrico).                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23 | SCCB Torre para endoscopia alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm).                                                                                                      |
| 24 | SCCB Videobroncoscopios neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | SCCB VideobroncoscoPIO pediátrico 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | SCCB VideobroncoscoPIO pediátrico 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Equipo Médico para el paquete 5

| NumeralVF | Equipo                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30        | 537.336.0212 Grabador de pH con impedancia esofágico 24 Hrs (adulto/pediátrico).                       |
| 31        | 531.606.0275 Manómetro esofágico/ano-rectal de alta resolución (adulto/pediátrico). *Equipo Itinerante |

|                                                  |                                                 |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Rogelio Ramos Naranjo</b>                     | <b>Dr. Juan Gabriel Barrera Acosta</b>          | <b>Jessica Gil Lozada</b>                 |
| Coord. Auxiliar de Atención Médica Segundo Nivel | Coordinador de Prevención y Atención a la Salud | Jefa de Servicios de Prestaciones Médicas |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procesamiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares a los aquí referidos, ítem no y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL CLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI**

**Grupo etario Adulto**

**SET DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A PROPORCIONAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO  
EN EL ANEXO T11.**

**PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ADULTO.**

**PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE ONG ADULTO.**

| Otorrino 1 | Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento:<br>10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas<br>adulto.                                                       |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No.        | Descripción                                                                                                                                                                                                         | Cantidad                                      |
| iqx227     | Telescopio o sistema óptico de 0° y 30° y 45°, de 3 a 4 mm., longitud útil de 14 a 18 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                              | 1 de cada uno a elección del médico otorrino. |
| iqx256     | Trócar y camisa para sinoscopia, de diámetro externo de 5 mm. o diámetro interno de 4 mm. Longitud de 8.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico de diámetro de 4 mm.                                | 1                                             |
| iqx260     | Tubo de irrigación de Eicken, con adaptador luer-lock, curva corta, diámetro externo de 3 mm. longitud útil de 12.5 a 15 cm.                                                                                        | 1                                             |
| iqx103     | Palpador doble de ostium para área maxilar. Extremos circulares de diámetro en el rango de 1.2 a 2 mm., o de diferente diámetro que permita el procedimiento con una longitud útil de 17 a 22 cm.                   | 1                                             |
| iqx102     | Palpador doble de ostium para área frontal. Extremos circulares, longitud útil de 17 a 22 cm.                                                                                                                       | 1                                             |
| iqx49      | Cucharilla o legra para área del seno frontal, angulado o curvada con un rango de 75° a 90°, oval, longitud de 19 a 22 cm.                                                                                          | 1                                             |
| iqx16      | Bisturí curvo, puntiagudo, longitud útil de 15 a 19 cm.                                                                                                                                                             | 1                                             |
| iqx68      | Elevador doble de Freer o Cottle. Semicortante, graduado, longitud útil de 20 a 23 cm.                                                                                                                              | 1                                             |
| iqx186     | Pinza sacabocado, retrogrado. Mango giratorio o rotable 360°, longitud útil de 10 a 11 cm.                                                                                                                          | 1                                             |
| iqx125     | Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba, con aspiración, calibre o Tamaño de mandíbula 1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 11 a 12.5 cm.             | 1                                             |
| iqx164     | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandíbula 1", quijadas o punta de pinza de 8 a 11 mm de largo por 3 a 3.5mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia | 1                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        | según marca del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| iqx167 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre o Tamaño de mandibula "0", quijadas o punta de pinza de 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                    | 1                                             |
| iqx159 | Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandibula "0" y "1" o quijadas (o punta) de pinza de 7 y 8 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.( referencia según marca del fabricante).                                    | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx160 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandibula "2" o quijadas (o punta) de pinza de 10 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm.( referencia según marca del fabricante)                                         | 1                                             |
| iqx163 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandibula de acuerdo a descripción de cada fabricante "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas (o punta) de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. | 1                                             |
| iqx142 | Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación o aspiración de 12.5 a 16 cms                                                                                                                                                                                                                 | 1                                             |
| iqx192 | Pinza tipo Hartman de copa de long útil de 12.5 a 18 cms                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                             |
| iqx92  | Legra o cureta para antro, ovalado. Calibre "1", longitud útil de 17 a 19 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                                             |
| iqx250 | Tijera nasal, recta, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina.                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                             |
| iqx249 | Tijera nasal, curva derecha e izquierda, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina.                                                                                                                                                                                                                      | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx194 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 45° a 55°. Apertura horizontal, diámetro de copa mediana o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.                                                                                                                                   | 1                                             |
| iqx197 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 80° a 90°. Apertura horizontal, diámetro de copa mediano o de 2 mm., longitud útil en el rango de 9 a 13 cm.                                                                                                                                    | 1                                             |
| iqx195 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 55° a 70°. Apertura vertical, diámetro copa pequeña o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.                                                                                                                                        | 1                                             |
| iqx196 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 70° a 90°. Apertura vertical copa pequeña o de 2 mm., longitud útil en el rango de                                                                                                                                                              | 1                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dices requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/00000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|        |                                                                                                                                                                    |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|        | 10 a 13 cm.                                                                                                                                                        |   |
| iqx157 | Pinza nasal sacabocado para seno frontal, de corte circular, curvo hacia arriba de 65° a 70°. Diámetro de 3 o 3.5 a 5 mm., longitud útil en el rango de 9 a 17 cm. | 1 |
| iqx156 | Pinza nasal sacabocado para seno esfenoidal, de corte circular, recta. Diámetro de 3.5 a 7 mm., longitud útil en el rango de 9 a 18 cm.                            | 1 |
| iqx155 | Pinza nasal cortante, recta, fina, 8 X 3 mm. Calibre o Tamaño de mandibula "1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 13 cm.                       | 1 |
| iqx13  | Aspirador o tubo de aspiración de Ferguson o Frazier de 8 y 10 Fr                                                                                                  | 1 |
| iqx113 | Pinza bipolar tipo bayoneta de 17 a 22 cm.                                                                                                                         | 1 |
| iqx45  | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                 | 1 |

| Otorrino 2 | Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento:<br>10.02.004 Cirugía de oído adulto.                                         |                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No.        | Descripción                                                                                                                         | Cantidad                                      |
| iqx228     | Telescopio o sistema óptico de 0°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 6 a 12cm., esterilizable en autoclave.(oído)                    | 1                                             |
| iqx235     | Telescopio o sistema óptico de 30°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 15cm., esterilizable en autoclave.(oído)                   | 1                                             |
| iqx238     | Telescopio o sistema óptico de 45°, de 3 a 4 mm., longitud útil de 8 a 17.5 cm., esterilizable en autoclave.                        | 1                                             |
| iqx240     | Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                        | 1                                             |
| iqx60      | Disector de dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm                   | 1                                             |
| iqx59      | Disector (para oído) dos extremos útiles, extremos de doble curvatura a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm            | 1                                             |
| iqx203     | Pinzas otológicas, curva a la derecha e izquierda, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 8 mm, longitud 8 a 10 cm.                   | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx208     | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados aproximadamente hacia arriba, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud útil 8 a 10 cm. | 1                                             |
| iqx204     | Pinzas otológicas, curva hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 0.9 mm, longitud 8 a 10 cm                               | 1                                             |
| iqx34      | Cánulas o tubos de aspiración, curva, Luer o Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico | 1                                             |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procesamiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares a los aquí antes, ítemos y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| iqx36  | Cánulas o tubos de aspiración, curvatura de 6 mm, Luer-Lock, 1.2 mm de diámetro exterior, cónico o cilíndrico (según cada fabricante)                                                             | 1                                             |
| iqx37  | Cánulas o tubos de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico                                                                              | 1                                             |
| iqx35  | Cánulas o tubos de aspiración, curva, Luer-Lock, hasta 1.5mm y 2 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico                                                                 | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx93  | Mango de aspiración de FISCH, con orificio de interrupción, cono LUER, longitud 5.5 cm, para utilizar con las cánulas de aspiración                                                               | 1                                             |
| iqx254 | Tijeras de Bellucci finas, curvadas a la derecha e izquierda, longitud útil 8 cm                                                                                                                  | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx202 | Pinzas otológicas de Hartmann, muy finas o medio finas, estriadas, longitud útil 8 a 8.5 cm                                                                                                       | 1                                             |
| iqx3   | Aguja de Wullstein leve curvada, longitud 16 a 16.6 cm.                                                                                                                                           | 1                                             |
| iqx17  | Bisturí redondo 45 grados, de 1 mm y 2mm de diámetro, longitud 16 cm                                                                                                                              | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx72  | Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, dentro del rango de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro de acuerdo a tecnología del fabricante. | 1 juego a elección del médico otorrino        |

**PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA.**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Gineco 1</b> | <b>Set de Cirugía ginecológica de alta especialidad, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopia,</b><br><b>10.06.021 Histerectomía,</b><br><b>10.06.025 Laparoscopia de ovario,</b><br><b>10.06.027 Laparoscopia etapificadora para cáncer ginecológico,</b><br><b>10.06.028 Laparoscopia para embarazo ectópico,</b><br><b>10.06.033 Miomectomía.</b> |          |
| No.             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad |
| iqx9            | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo. Diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| iqx14           | Baja nudo tipo varilla, ojo abierto, diámetro de 5 mm. longitud de 30 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| iqx26           | Cánula de irrigación/aspiración, diámetro de 5 mm. longitud en el rango de 29 a 36 cm. esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |
| iqx40           | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, para trócar de 5 a 6 mm. con largo de trabajo de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| iqx74  | Gancho disección/coagulador, con punta en "L", igual o menor a 90° de angulación, monopolar para trócar de 5 a 6 mm. aislado, reusable, con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                               |
| iqx116 | Pinza de agarre tipo Caimán o cocodrilo, rotatable, de doble acción, diámetro de 5mm. longitud en el rango de 31 a 37 cm. sistema de sujeción, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 de cada una a elección del médico ginecólogo. |
| iqx128 | Pinza de biopsia, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de simple o doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                               |
| iqx193 | Pinza tipo Hartman o Cleeve Duck Bill, rotatable y desmontable en tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                               |
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                               |
| iqx121 | Pinza de agarre y disección tipo Grasper, fenestrado, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                               |
| iqx190 | Pinza tipo Babcock, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                               |
| iqx213 | Porta agujas metálico, punta curva, mango con mecanismo axial o Castroviejo, con cremallera, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                               |
| iqx232 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., longitud de 30 a 33 cm., ángulo o dirección de campo visual de 30°, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                               |
| iqx248 | Tijera Metzenbaum curva, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                               |
| iqx96  | Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas de longitud (sonda uterina con escala de longitud), esterilizable en autoclave. o Sonda intrauterina de COHEN, con un cono grande 26168 UL y uno pequeño 26168 US, soporte para pinzas de gancho 26168 V con muelle, con conexión LUER-Lock para limpieza. De acuerdo a tecnología de fabricante. | 1                                               |
| iqx253 | Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotatable 360° de acción simple o doble, longitud en el rango de 31 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnicas y/o contractuales.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|       |                                                                                          |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                      |   |
| iqx47 | Contenedor o charola rectangular de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |

**PROCEDIMIENTOS DE ENDOGINECOLOGÍA.**

| Endoginecología | Set de Endoginecología, para los procedimientos:<br>10.03.001 Histeroscopia básica<br>10.03.002 Histeroscopia operatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No.             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad |
| 1               | Endoscopio rígido, esterilizable, para observar cavidad uterina con fines diagnósticos y terapéuticos, con Lente en el rango de 2.5 a 4.0 mm. de diámetro y con una visión de 0° a 30°, Longitud de 29 a 31 cm, con portador de luz de fibra óptica incorporado o imagen ampliada, esterilizable en autoclave.                                                                                                                          | 1        |
| 2               | Resectoscopio; con elemento de trabajo pasivo para usarse con lente de 2.7 a 4.0 mm., de diámetro y de 0° a 30° con: Camisa de resectoscopio compatible con elemento de trabajo, de flujo continuo, con dos válvulas stop-cock, que incluya: camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 21 a 24 charr (compatible con la camisa ofertada según tecnología del fabricante), obturador punta roma o punta distal oblicua. | 1        |
| 3               | Histeroscopio; con camisa operatoria interna para histeroscopia de 4 a 5 mm., de diámetro. Con un canal de trabajo de en el rango de 5 a 7 charr, con dos válvulas, una stop-cock y una válvula luer-lock, Camisa externa para flujo continuo, (compatible con la óptica ofertada según tecnología del fabricante), para usarse con lente de 2.5 a 4.0 mm.                                                                              | 1        |
| 4               | Pinza de biopsia 5 charr, semirígidas, con abertura unilateral o bilateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 5               | Tijera 5 charr, semirígidas, romas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| 6               | Pinzas de agarre para fragmentos pequeños semirígida 5 Charr, longitud de mínima de 32cm a 73cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| 7               | Cable de alta frecuencia para elemento de trabajo, compatible con 2 modelos distintos de electrocauterio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**PROCEDIMIENTOS DE ENDOUROLOGÍA ADULTO.**

| Endouro 1                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Set de Endourología I, para el procedimiento:<br>10.04.001 Cistoscopia adulto,<br>10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter doble J. |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| No.                                                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                   | Cantidad                            |
| 1                                                                                                                                       | 531.209.0458 Equipo para urología - Cistoureteroscopia. Endoscopio rígido que es usado para la examinación visual y tratamiento de la vejiga y la uretra incluyendo la región de la próstata. | 1                                   |
| 1.1                                                                                                                                     | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm, esterilizable en autoclave.                                                                                                                        | 1                                   |
| 1.2                                                                                                                                     | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr.                                                                                                       | 1 de cada una a eleccion del medico |
| 1.3                                                                                                                                     | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados.                                      | 1                                   |
| 1.3.4                                                                                                                                   | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor:                                                                                                                                |                                     |
| 1.3.5                                                                                                                                   | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32.                                                                                                                                  | 1                                   |
| 1.3.6                                                                                                                                   | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr.                                                                                                                                                        | 1                                   |
| 1.3.7                                                                                                                                   | Juego de dilatadores telescopicos o dilatadores ureterales                                                                                                                                    | 1                                   |
| Endouro 2                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Set de Endourología 2, para el procedimiento:<br>10.04.019 Litotricia vesical adulto.                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| No.                                                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                   | Cantidad                            |
| 2.1                                                                                                                                     | Cistoscopio: Óptica 30°, Diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                        | 1                                   |
| 2.2                                                                                                                                     | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr.                                                                                                       | 1                                   |
| 2.3                                                                                                                                     | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados.                                      | 1                                   |
| 2.4.1                                                                                                                                   | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor:                                                                                                                                |                                     |
| 2.4.2                                                                                                                                   | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32.                                                                                                                                  | 1                                   |
| 2.4.3                                                                                                                                   | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr.                                                                                                                                                        | 1                                   |
| 2.5                                                                                                                                     | Debe incluir:                                                                                                                                                                                 |                                     |
| 2.5.1                                                                                                                                   | Juego de dilatadores telescopicos o dilatadores ureterales (referencia según marca del fabricante).                                                                                           | 1                                   |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| Endouro 3 | Set de Endourología 3, para el procedimiento:<br>10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto.                                                                                                                                                        |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No.       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad |
| 3.1       | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                               | 1        |
| 3.2       | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr.                                                                                                                                                              | 1        |
| 3.3       | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados.                                                                                             | 1        |
| 3.4.1     | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor:                                                                                                                                                                                       |          |
| 3.4.2     | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32.                                                                                                                                                                                         | 1        |
| 3.4.3     | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr.                                                                                                                                                                                                               | 1        |
| 3.5       | Debe incluir:                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 4         | Juego de dilatadores uretrales (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                                                                              | 1        |
| 5         | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. | 1        |

| Endouro 4 | Set de Endourología 4, para el procedimiento:<br>10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto. (láser)                                                                                                                                                            |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No.       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad |
| 1         | Ureteroscópio flexible: Diámetro externo distal de 6 a 8.8 fr. o Charr, visión de 0° a 5°, canal de trabajo de 3.6 fr. o Charr., longitud en el rango de 40 a 70 cm. Con capacidad de angulación total de la punta mínima de 180° hacia arriba y 170° hacia abajo. | 1        |
| 2         | Pinza endoscópica flexible de 3 a 3.5 fr., tipo Caimán.                                                                                                                                                                                                            | 1        |
| 3         | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 3.4       | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22fr. O Charr.                                                                                                                                                                             | 1        |
| 3.5       | Puente: Doble vía o dos canales. canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados.                                                                                                           | 1        |
| 3.6.1     | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor:                                                                                                                                                                                                     |          |
| 3.6.2     | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32.                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| 3.6.3     | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr.                                                                                                                                                                                                                             | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4 | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

| Endouro 5                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Set de Endourología 5, para el procedimiento:<br>10.04.016 Litotricia percutánea. |                                                                                                                                                                                                                    |          |
| No.                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                        | Cantidad |
| 1                                                                                 | Nefroscópio rígido insertado de manera percutánea, que incluye:                                                                                                                                                    | 1        |
| 1.1                                                                               | Telescopio o sistema óptico de diámetro menor a 7 mm o 22 Fr. Dirección visual de 0° a 30°. Ocular angulado o lateral. Canal de trabajo de 3.5 mm. Esterilizable en autoclave. Longitud en el rango de 19 a 25 cm. |          |
| 1.2                                                                               | Camisas o vainas de flujo continuo, diámetro de 19.5 a 27 Fr o Charr mínimo, rotatorio, conexión luer-lock, con obturador con lumen y dilatador de fascia, compatible con el nefroscópio percutáneo.               |          |

| Endouro 6                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Set de Endourología 6, para el procedimiento:<br>10.04.011 Resección transuretral de próstata RTUP/RTUV/RTUC. |                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| No.                                                                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad |
| 1                                                                                                             | Resectoscopio de flujo continuo, rotatorio. Con óptica de 25-30°, con diámetro de 4 mm, esterilizable en autoclave.                                                                                                                 | 1        |
| 1.1                                                                                                           | Camisas o vainas, diámetro de camisa externa hasta 28.9 fr. o Charr. Camisa interna con obturador. De dos vainas para flujo continuo, con llaves giratorias. Esterilizable en vapor. Compatibilidad entre camisa interna y externa. |          |
| 1.2                                                                                                           | Con elemento de trabajo de corte pasivo (tipo iglesias) de mango abierto. Bipolar                                                                                                                                                   |          |
| 1.3                                                                                                           | Cable activo para electrodos de alta frecuencia bipolar.                                                                                                                                                                            |          |
| 2                                                                                                             | Evacuador de granada o de balón.                                                                                                                                                                                                    | 2        |
| 3                                                                                                             | Juego de dilatadores uretrales (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                                                             | 1        |

| Endouro 7                                                                              |                                                                                                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Set de Endourología 7, para el procedimiento:<br>10.04.015 Uretrotomía interna adulto. |                                                                                                                                   |          |
| No.                                                                                    | Descripción                                                                                                                       | Cantidad |
| 1                                                                                      | Telescopio para cistoureteroscopia de 4mm de diametro, con ángulo de visión de 0° o 12°, esterilizable en autoclave, que incluye: | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|     |                                                                                      |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2   | Uretrotomo de 4 mm de diámetro o 12 fr., con canal de trabajo de a 5 fr. O Charr.    | 1 |
| 2.1 | Camisa o vaina con llave de paso y obturador de diámetro mínimo de 20.5 fr. o Charr. |   |

## PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uro 1  | Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, para los procedimientos:<br>10.06.035 Nefrectomía adulto,<br>10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto,<br>10.06.047 Prostatectomía laparoscópica,<br>10.06.053 Suprarenalectomía no asistida,<br>10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto,<br>10.06.060 Pieloplastía adulto y<br>10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. |                                                                                                                                                                         |                                                |
|        | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                             | Cantidad                                       |
|        | iqx11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo. Diámetro 5 a 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm., esterilizable en autoclave.                                    | 2                                              |
|        | iqx7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo.                                                                                                                   | 1 de cada uno a elección del médico urológico. |
|        | iqx224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo.                                                 | 1                                              |
|        | iqx40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, para trócar de 5 a 6 mm. con largo de trabajo de 31 a 37 cm.                                                      | 1                                              |
|        | iqx78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gancho disección/coagulador, de 5 mm., con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación. Monopolar, aislado, reusable con largo de trabajo en el rango de 32 a 37 cm. | 1                                              |
| iqx230 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° o 30°, longitud de trabajo dentro del rango de 30 a 37 cm., esterilizable.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       |                                                |
| iqx107 | Pinza Babcock, fenestrada 10 mm., aislada, reusable, rotable, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                       |                                                |
| iqx109 | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                       |                                                |
| iqx200 | Pinza tipo Mixer sin cremallera de ángulo recto, de 5 mm. Y 10 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 de cada una a elección del médico urológico.                                                                                                                          |                                                |

[illegible]

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICO  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

COL/SJ/DC/2026/00 **000203**



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx139 | Pinza de extracción o de garra rotatable y desmontable, reusable, dentada, diámetro de 10 mm., largo de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                            | 1 |
| iqx105 | Pinza atraumática tipo Debekey de 5 mm., diámetro en el rango de 31 a 43 cm., de longitud.                                                                                                                                            | 1 |
| iqx153 | Pinza Maryland, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                                          | 2 |
| iqx115 | Pinza de agarre atraumática y disección, tipo Grasper fenestrado, desmontable en dos o tres componentes. Diámetro de 5 mm., rotatable, de doble acción, longitud de 32 a 36 cm., con sistema de sujeción, esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx212 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castroviejo de botón, de punta curva, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                      | 1 |
| iqx221 | Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 5 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, esterilizable en autoclave.                                | 1 |
| iqx247 | Tijera Metzembraun de 5 mm., curva, monopolar ( opcional bipolar), rotatable y desmontable. Puntas redondeadas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., reusable.                                                                        | 2 |
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                                         | 1 |
| iqx148 | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 05 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior                                                                                          | 2 |
| iqx119 | Pinza de agarre y disección tipo cuchara. Diámetro de 3.4 a 5 mm., de doble acción, longitud en el rango de 30 a 36 cm. Sistema de sujeción. Esterilizable en autoclave.                                                              | 1 |
| iqx201 | Pinza vascular larga de Debakey.                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| iqx45  | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                                                                    | 1 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnicas y/o contractuales.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL ADULTO.**

| <b>Cirugía 1</b> | <b>Set de Cirugía general 1 de alta especialidad, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto,</b><br><b>10.06.013 Colectomía no asistida,</b><br><b>10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto,</b><br><b>10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto,</b><br><b>10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto,</b><br><b>10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto y</b><br><b>10.06.059 Plastia de hernia ventral.</b> |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No.              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad                                      |
| iqx8             | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo o largo, rotatable, diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                             |
| iqx7             | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 de cada uno a eleccion del médico cirujano. |
| iqx224           | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                             |
| iqx39            | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                             |
| iqx77            | Gancho disección/coagulador, de 5 mm, con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación, monopolar, aislado, reusable con longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                             |
| iqx231           | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° y 30°, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                             |
| iqx106           | Pinza Babcock fenestrada, 10 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotatable, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                             |
| iqx189           | Pinza tipo Babcock, diámetro de 5 mm., reusable, rotatable, desmontable en dos o tres piezas, de doble acción, longitud en el rango de 31 a 43, sistema de sujeción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                             |
| iqx110           | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. (referencia según marca del fabricante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                             |
| iqx137           | Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotatable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                             |
| iqx138           | Pinza de extracción dentada de 10 mm., de garra rotatable y desmontable en el rango de 31 a 45 cm de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DCA/026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                           |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                               | 2 |
| iqx117 | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotable y desmontable, de doble acción, 5 mm., de diámetro y con un rango de 31 a 36 cm., de longitud.                                                            | 2 |
| iqx211 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castro viejo con cremallera, punta recta, longitud en el rango de 31 a 45 cm.                                     | 1 |
| iqx220 | Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 a 9 valvas, longitud de de 33 a 38 cm., con puerto de lavado o desmontable, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx243 | Tijera Metzembraun curva monopolar o bipolar, reusable, rotable y desmontable, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                         | 1 |
| iqx149 | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior                                                              | 2 |
| iqx122 | Pinza de ángulo recto tipo Mixer para disección, larga 10 mm., de diámetro por 31 a 36 cm., de longitud.                                                                                                  | 2 |
| iqx45  | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                                        | 1 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Cirugía 2</b> | <b>Set de Cirugía general 2 adulto, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.002 Apendicetomía laparoscópica adulto,</b><br><b>10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto,</b><br><b>10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto,</b><br><b>10.06.010 Colectectomía laparoscópica adulto,</b><br><b>10.06.011 Colectectomía con exploración de vía biliar adulto,</b><br><b>10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto,</b><br><b>10.06.024 Laparoscopia con toma de biopsia adulto,</b><br><b>10.06.026 Laparoscopia diagnóstica adulto y</b><br><b>10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopia con prótesis.</b> |                                               |
| No.              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad                                      |
| iqx8             | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo o largo, rotable, diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                             |
| iqx7             | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 de cada uno a eleccion del médico cirujano. |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                                       |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx224 | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo.                                                                                               | 1 |
| iqx39  | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                   | 1 |
| iqx77  | Gancho disección/coagulador, de 5 mm, con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación, monopolar, aislado, reusable con longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                             | 1 |
| iqx231 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° y 30°, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable.                                                                            | 2 |
| iqx106 | Pinza Babcock fenestrada, 10 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotatable, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                       | 2 |
| iqx189 | Pinza tipo Babcock, diámetro de 5 mm., reusable, rotatable, desmontable en dos o tres piezas, de doble acción, longitud en el rango de 31 a 43, sistema de sujeción.                                                  | 2 |
| iqx110 | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. (referencia según marca del fabricante)                                                                                                                | 1 |
| iqx137 | Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotatable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                               | 1 |
| iqx138 | Pinza de extracción dentada de 10 mm., de garra rotatable y desmontable en el rango de 31 a 45 cm de longitud.                                                                                                        | 1 |
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotatable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave.                                         | 2 |
| iqx117 | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotatable y desmontable, de doble acción, 5 mm., de diámetro y con un rango de 31 a 36 cm., de longitud.                                                                      | 2 |
| iqx211 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castro viejo con cremallera, punta recta, longitud en el rango de 31 a 45 cm.                                                 | 1 |
| iqx218 | Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 5 a 9 valvas, longitud en el rango de 33 a 38 cm., con puerto de lavado o desmontable, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx244 | Tijera Metzembraun curva monopolar, reusable, rotatable y desmontable y puntas redondeadas, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                        | 1 |
| iqx170 | Pinza para Colangiografía Laparoscópica, reusable, diámetro 5 mm. de 31 a 45 cm de longitud.                                                                                                                          | 1 |
| iqx45  | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                                                    | 1 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| No.              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Cirugía 3</b> | <b>Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos:<br/>10.06.003 Bypass gástrico,<br/>10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para este tipo de procedimientos).</b> |                                               |
| iqx8             | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo o largo, rotatable, diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm. Esterilizable en autoclave.                                                                                                              | 2                                             |
| iqx7             | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo.                                                                                                                                                                                                           | 1 de cada uno a elección del médico cirujano. |
| iqx224           | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo.                                                                                                                                         | 1                                             |
| iqx39            | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                                                                             | 1                                             |
| iqx77            | Gancho disección/coagulador, de 5 mm, con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación, monopolar, aislado, reusable con longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                       | 1                                             |
| iqx231           | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° y 30°, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable.                                                                                                                      | 2                                             |
| iqx106           | Pinza Babcock fenestrada, 10 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotatable, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                                                                                                 | 2                                             |
| iqx189           | Pinza tipo Babcock, diámetro de 5 mm., reusable, rotatable, desmontable en dos o tres piezas, de doble acción, longitud en el rango de 31 a 43, sistema de sujeción.                                                                                            | 2                                             |
| iqx110           | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. (referencia según marca del fabricante)                                                                                                                                                          | 1                                             |
| iqx137           | Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotatable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                                                                                                         | 1                                             |
| iqx138           | Pinza de extracción dentada de 10 mm., de garra rotatable y desmontable en el rango de 31 a 45 cm de longitud.                                                                                                                                                  | 1                                             |
| iqx199           | Pinza tipo Maryland, reusable, girable y desmontable, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 45 cm.                                                                                                                                                    | 2                                             |
| iqx117           | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotatable y desmontable, de doble acción, 5 mm., de diámetro y con un rango de 31 a 36 cm., de longitud.                                                                                                                | 2                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnicas y/o contractuales.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|        |                                                                                                                                                                                           |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx211 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castro viejo con cremallera, punta recta, longitud en el rango de 31 a 45 cm.                     | 1 |
| iqx217 | Separador de hígado o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx242 | Tijera Metzembaun curva bipolar, reusable, rotatable y desmontable, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm.                                                    | 1 |
| iqx149 | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior                                              | 2 |
| iqx122 | Pinza de ángulo recto tipo Mixter para disección, larga 10 mm., de diámetro por 31 a 36 cm., de longitud.                                                                                 | 2 |
| iqx45  | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                        | 1 |

**PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ADULTO.**  
**PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE APARATO RESPIRATORIO ADULTO.**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Endo Res 1                                                                                              | Set de Endoscopia aparato respiratorio 1, para los procedimientos:<br>10.21.002 Broncoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto,<br>10.21.004 Dilataciones traqueales o bronquiales adulto y<br>10.21.005 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio adulto. |                                                                              |          |
|                                                                                                         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descripción                                                                  | Cantidad |
|                                                                                                         | iqx172                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pinza para extracción de cuerpo extraño, tipo cacahuatera o similar.         | 1        |
|                                                                                                         | iqx174                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón.            | 1        |
|                                                                                                         | iqx191                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pinza tipo cocodrilo para extracción de cuerpo extraño o apertura bilateral. | 1        |
|                                                                                                         | iqx114                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pinza con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia.            | 1        |
|                                                                                                         | iqx24                                                                                                                                                                                                                                                                   | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño.                        | 1        |
| Las pinzas son parte de los endoscopios y deberán ser estrictamente compatibles con los que se ofrecen. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |          |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procesamiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos los otros requirientes, ítemos y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

**PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO ADULTO.**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Endo Dig 1 | Set de Endoscopia tubo digestivo 1, para los procedimientos:<br>10.22.002 Colonoscopia con toma de biopsia adulto,<br>10.22.003 Enteroscopia,<br>10.22.006 Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto,<br>10.23.001 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales adulto,<br>10.23.002 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales esofágicas adulto,<br>10.23.003 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales gastrointestinales adulto,<br>10.23.004 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática , con toma de biopsia y cepillado adulto,<br>10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar,<br>10.23.008 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto,<br>10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto,<br>10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja,<br>10.23.013 Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto,<br>10.23.015 Gastrostomía endoscópica adulto,<br>10.23.020 Mucosectomía endoscópica de tubo digestivo,<br>10.23.022 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto,<br>10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja,<br>10.23.024 Colangiografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto y<br>10.23.025 Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático. |                                                                                                                  |          |
|            | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción                                                                                                      | Cantidad |
|            | iqx169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pinza para biopsia estándar con copa de forma oval y/o estilete.                                                 | 1        |
|            | iqx123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pinza de biopsia caliente.                                                                                       | 1        |
|            | iqx168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pinza para biopsia biliar o pancreática, reusable. (Si es desechable ubicarla en bien de consumo complementario) | 1        |
|            | iqx173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pinza para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral.                                   | 1        |
|            | iqx174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón.                                                | 1        |
|            | iqx171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos.                                     | 1        |
|            | iqx23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Canastilla de red para cuerpos extraños reusable o desechable.                                                   | 1        |
|            | iqx112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pinza biopsia compatible con enteroscopia ofertado.                                                              | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx57                                                                                                          | Dilatador esofágico de tipo Savari Guilliard set de 16 piezas de 5 a 20 mm de calibre con guía metálica flexible o Dilatador esofágico de 6 a 20 mm con guía metálica según tecnología de cada fabricante. | 1 |
| <b>Las pinzas son parte de los endoscopios y deberán ser estrictamente compatibles con los que se oferten.</b> |                                                                                                                                                                                                            |   |

**SET DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A PROPORCIONAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO EN EL ANEXO T11.**

**EN LOS HOSPITALES PEDIÁTRICOS SE DEBE TENER DISPONIBLE LOS DIÁMETROS 3, 3.5, 5 Y 10 MM , PARA EL PACIENTE NEONATO, LACTANTE Y PEDIÁTRICO SEGÚN CORRESPONDA.**

**PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPEÚTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS.**

**PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE ONG PEDIÁTRICA.**

| Otorrino 3 Ped | Set de ONG, cirugía endoscópica pediátrica para el procedimiento:<br>10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz , senos paranasales y estructuras anexas pediátrica.                                                            |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No.            | Descripción                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad |
| iqx225         | Telescopio de 0°, 2.7 a 4 mm de diámetro. Longitud de 12 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                        | 1        |
| iqx236         | Telescopio o sistema óptico de 30°. Diámetro de 2.7 a 4 mm., longitud útil de 12 a 14 cm., a elección del cirujano. Esterilizable en autoclave.                                                                                       | 1        |
| iqx237         | Telescopio o sistema óptico de 45° o 70°. Diámetro de 2.7 a 4 mm., longitud útil de 12 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                          | 1        |
| iqx257         | Trócar y camisa para sinoscopia, de diámetro externo de 5 mm., o diámetro interno en el rango de 2.7 a 4 mm. Longitud de 8.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico de diámetro de 2.7 a 4 mm a elección del cirujano. | 1        |
| iqx258         | Trócar y camisa para sinoscopia, diámetro externo y diámetro interno compatible con los telescopios solicitados de Longitud de 7.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico.                                             | 1        |
| iqx259         | Tubo de aspiración-irrigación de Eicken, con adaptador luer-lock, curva corta, diámetro externo de 3 mm., longitud útil de 12.5 cm., o mayor.                                                                                         | 1        |
| iqx103         | Palpador doble de ostium para área maxilar. Extremos circulares de diámetro en el rango de 1.2 a 2 mm., o de diferente diámetro que permita el procedimiento con una longitud útil de 17 a 22 cm.                                     | 1        |
| iqx101         | Palpador doble de ostium para área frontal, con 17 a 22 cm., de longitud.                                                                                                                                                             | 1        |
| iqx50          | Cucharilla o Legra para seno frontal.                                                                                                                                                                                                 | 1        |
| iqx16          | Bisturí curvo, puntiagudo, longitud útil de 15 a 19 cm.                                                                                                                                                                               | 1        |
| iqx68          | Elevador doble de Freer o Cottle. Semicortante, graduado, longitud útil                                                                                                                                                               | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | de 20 a 23 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| iqx186 | Pinza sacabocado, retrogrado. Mango giratorio o rotable 360°, longitud útil de 10 a 11 cm.                                                                                                                                                                                              | 1             |
| iqx124 | Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o quijadas (o punta) de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm.(referencia según marca del fabricante). | 1             |
| iqx126 | Pinza de biopsia y agarre tipo Kennedy-Lusk pediátrica o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con canal para aspirar, longitud útil de 12.5 cm.                                                                                                                                      | 1             |
| iqx127 | Pinza de biopsia y agarre tipo Kennedy-Lusk pediátrica o Weil-Blakesley. Recta, con canal para aspirar, longitud útil de 10 a 12.5 cm.                                                                                                                                                  | 1             |
| iqx165 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                                           | 1             |
| iqx166 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre "0" o quijadas (o punta) de pinza de 5 a 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                 | 1             |
| iqx158 | Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0" y "1", quijadas o punta de pinza de 5 A 8 mm de largo por 2.5 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (Referencia según marca del fabricante).                                   | 1 de cada una |
| iqx162 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "2" o quijadas (o punta) de pinza de 10 a 12 mm de largo por 3 a 3.5mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (referencia según marca del fabricante).                                       | 1             |
| iqx161 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1" o quijadas (o punta) de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 10 a 11 cm. (referencia según marca del fabricante).                                       | 1             |
| iqx142 | Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación o aspiración de 12.5 a 16 cms                                                                                                                                                                                               | 1             |
| iqx154 | Pinza nasal 45°.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1             |
| iqx92  | Legra o cureta para antro, ovalado. Calibre "1", longitud útil de 17 a 19 cm. (referencia según marca del fabricante).                                                                                                                                                                  | 1             |
| iqx250 | Tijera nasal, recta, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina.                                                                                                                                                                                                                        | 1             |
| iqx249 | Tijera nasal, curva derecha e izquierda, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina.                                                                                                                                                                                                    | 1 de cada una |
| iqx194 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 45° a 55°. Apertura horizontal, diámetro de copa mediana o de 3 mm., longitud útil                                                                                                                                            | 1             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/000/000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                        |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|        | en el rango de 10 a 13 cm.                                                                                                                                             |   |
| iqx197 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 80° a 90°. Apertura horizontal, diámetro de copa mediano o de 2 mm., longitud útil en el rango de 9 a 13 cm. | 1 |
| iqx195 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 55° a 70°. Apertura vertical, diámetro copa pequeña o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.     | 1 |
| iqx196 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 70° a 90°. Apertura vertical copa pequeña o de 2 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm.               | 1 |
| iqx157 | Pinza nasal sacabocado para seno frontal, de corte circular, curvo hacia arriba de 65° a 70°. Diámetro de 3 o 3.5 a 5 mm., longitud útil en el rango de 9 a 17 cm.     | 1 |
| iqx156 | Pinza nasal sacabocado para seno esfenoidal, de corte circular, recta. Diámetro de 3.5 a 7 mm., longitud útil en el rango de 9 a 18 cm.                                | 1 |
| iqx155 | Pinza nasal cortante, recta, fina, 8 X 3 mm. Calibre o Tamaño de mandíbula "1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 13 cm.                           | 1 |
| iqx45  | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                     | 1 |

| Otorrino 4 Ped | Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento:<br>10.02.104 Cirugía de oído pediátrica.                                                        |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| No.            | Descripción                                                                                                                                            | Cantidad      |
| iqx226         | Telescopio o sistema óptico de 0° y 30° de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                                       | 1 de cada uno |
| iqx239         | Telescopio o sistema óptico de 45°, de 3 a 4 mm., longitud útil de 8 a 18 cm., esterilizable en autoclave.                                             | 1             |
| iqx240         | Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., esterilizable en autoclave.                                           | 1             |
| iqx61          | Disector de THOMASSIN o de acuerdo al fabricante, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm | 1             |
| iqx63          | Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de doble curvatura a la derecha a la izquierda, longitud 16 a 18 cm                               | 1             |
| iqx62          | Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha y a la izquierda, longitud 16 a 18 cm                                       | 1             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas, requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                           |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| iqx205 | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados a la derecha, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 8 mm, longitud útil 10 cm                                        | 1             |
| iqx206 | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados a la izquierda, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud útil 10 cm                                          | 1             |
| iqx208 | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados aproximadamente hacia arriba, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud útil 8 a 10 cm.                       | 1             |
| iqx207 | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados aproximadamente hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 0.9 mm, longitud útil 8 a 10 cm                   | 1             |
| iqx32  | Cánulas de aspiración, curvatura de, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico (cónico o según tecnología del fabricante) | 1             |
| iqx31  | Cánulas de aspiración, curvatura de 6 mm, Luer-Lock, 1.2 mm de diámetro exterior, cónico (cónico o según tecnología del fabricante)                       | 1             |
| iqx30  | Cánulas de aspiración, con curvatura, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, cónico (cónico o según tecnología del fabricante)                           | 1             |
| iqx93  | Mango de aspiración de FISCH, con orificio de interrupción, cono LUER, longitud 5.5 cm, para utilizar con las cánulas de aspiración                       | 1             |
| iqx254 | Tijeras de Bellucci finas, curvadas a la derecha e izquierda, longitud útil 8 cm                                                                          | 1 de cada una |
| iqx202 | Pinzas otológicas de Hartmann, muy finas o medio finas, estriadas, longitud útil 8 a 8.5 cm                                                               | 1             |
| iqx3   | Aguja de Wullstein leve curvada, longitud 16 a 16.6 cm.                                                                                                   | 1             |
| iqx17  | Bisturí redondo 45 grados, de 1 mm y 2mm de diámetro, longitud 16 cm                                                                                      | 1 de cada uno |

**PROCEDIMIENTOS DE ENDOUROLOGÍA PEDIÁTRICA.**

| <b>Endouro Ped 1</b>                                                     |                                                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Set de Endourología pediátrica 1, para el procedimiento:</b>          |                                                                                                                                              |          |
| <b>10.04.101 Cistoscopia pediátrica.</b>                                 |                                                                                                                                              |          |
| <b>10.04.121 Cistoscopia pediátrica. Para retiro de catéter Doble J.</b> |                                                                                                                                              |          |
| No.                                                                      | Descripción                                                                                                                                  | Cantidad |
| 1                                                                        | Minicistoureteroscopia de 7 fr a 9 fr X 10 a 13 cms, Ó 9 fr. X 20 cms Ó 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano | 1        |
| 1.1                                                                      | Con óptica de 0° a 30°, de 1 a 2 canales de trabajo.                                                                                         |          |
| 1.2                                                                      | Con longitud de 100 mm., a 200 mm., esterilizable en autoclave ó soluciones.                                                                 |          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DCE/026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Endouro Ped 2                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Set de Endourología pediátrica 2, para el procedimiento 10.04.119 Litotricia vesical pediátrica.        |                                                                                                                                                                                                       |          |
| No.                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                           | Cantidad |
| 1                                                                                                       | Minicistoureteroscopia de 7 fr a 9 fr X 10 a 13 cms, Ó 9 fr. X 20 cms Ó 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano                                                          | 1        |
| 1.1                                                                                                     | Con óptica de 0° a 30°, de 1 a 2 canales de trabajo.                                                                                                                                                  |          |
| 1.2                                                                                                     | Con longitud de 100 mm., a 200 mm., esterilizable en autoclave ó soluciones.                                                                                                                          |          |
| 2                                                                                                       | Pinza de extracción de cuerpos extraños vesical de 3 a 5 fr.                                                                                                                                          | 1        |
| Endouro Ped 3                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |          |
| Set de Endourología pediátrica 3, para el procedimiento: 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica.      |                                                                                                                                                                                                       |          |
| No.                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                           | Cantidad |
| 1                                                                                                       | Ureteroscópio semirrígido.                                                                                                                                                                            | 1        |
| 1.1                                                                                                     | Diámetro de 6 fr. a 7.5 fr., visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 3 fr. a 5 fr., longitud de 40 a 45 cm.                                                                                            |          |
| 2                                                                                                       | Minicistoureteroscopia de 7 fr a 9 fr X 10 a 13 cms, Ó 9 fr. X 20 cms Ó 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano                                                          | 1        |
| 2.1                                                                                                     | Con óptica de 0° a 30°, de 1 a 2 canales de trabajo.                                                                                                                                                  |          |
| 2.2                                                                                                     | Con longitud de 100 a 200 mm., esterilizable en autoclave ó soluciones.                                                                                                                               |          |
| 3                                                                                                       | Pinza endoscópica flexible de 3 a 5 fr., tipo caimán.                                                                                                                                                 | 1        |
| Endouro Ped 5                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |          |
| Set de Endourología pediátrica 5, para el procedimiento: 10.04.117 Litotricia pielocalicial pediátrica. |                                                                                                                                                                                                       |          |
| No.                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                           | Cantidad |
| 1                                                                                                       | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro de 4.5 a 8 fr. o Charr, visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 2.5 a 5 FR. o Charr, longitud útil de 300 mm como mínimo. (referencia según marca del fabricante). | 1        |
| 2                                                                                                       | Ureteroscópio flexible de 6 a 7.5 fr., con canal de trabajo de 3 a 5 fr.                                                                                                                              | 1        |
| Endouro Ped 7                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |          |
| Set de Endourología pediátrica 7, para el procedimiento: 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica.      |                                                                                                                                                                                                       |          |
| No.                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                           | Cantidad |
| 1                                                                                                       | Uretrotomo que incluye: Óptica con ángulo de visión de 0° a 5° esterilizable en autoclave, diámetro de 1.9 a 2.1 mm.                                                                                  | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|     |                                                                        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1 | Camisa o vaina (incluir obturador) Externa desde 7 fr a 10 fr o Charr. |  |
| 1.2 | Elemento de trabajo.                                                   |  |

**PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA LAPAROSCÓPICA PEDIÁTRICA.**

| <b>Uro Ped 1</b> | <b>Set de Urología laparoscópica de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.114 Criptorquidia abdominal,</b><br><b>10.06.135 Nefrectomía pediátrica,</b><br><b>10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopia pediátrica,</b><br><b>10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico,</b><br><b>10.06.160 Pieloplastia pediátrica y</b><br><b>10.06.161 Reimplante ureterovesical laparoscópico pediátrico.</b> |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| No.              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad      |
| iqx10            | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo. Diámetro 5 a 10 mm., longitud en el rango de 20 a 33 cm., esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2             |
| iqx5             | Aplicador para clip absorbible o de polímero mediano o largo y extra-largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 de cada uno |
| iqx223           | Sistema de irrigación/succión con cánula de 3 o 5 mm., tipo pistola o trompeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             |
| iqx75            | Gancho disección/coagulador, con punta en "L", monopolar, de 3 o 5 mm., de diámetro, aislado, reusable con longitud de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             |
| iqx233           | Telescopio o sistema óptico de 3 o 5 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0 y 30°, esterilizable en autoclave, longitud de 20 a 33 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2             |
| iqx147           | Pinza intestinal atraumática, de 3 o 5 mm., de diámetro, longitud de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1             |
| iqx152           | Pinza Maryland, de 3 o 5 mm., rotatable y desmontable, con longitud de 20 a 33 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             |
| iqx210           | Porta agujas metálico de 3 o 5 mm., reusable, con mango con mecanismo axial o Castroviejo con cremallera, punta recta, longitud de trabajo de 20 a 33 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1             |
| iqx246           | Tijera Metzembraun de 3 o 5 mm., reusable, curva, monopolar, rotatable y desmontable, longitud de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1             |
| iqx120           | Pinza de agarre y disección tipo Grasper fenestrado, 3 o 5 mm., de diámetro, desmontable en dos o tres componentes, rotatable, de doble acción, longitud de 20 a 33 cm., sistema de sujeción, esterilizable en autoclave.                                                                                                                                                                                                                                      | 2             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|        |                                                                                                                                                                                            |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx222 | Separador o retractor, (articulado o rígido), diámetro de 3 o 5 mm., 3 a 9 valvas, apertura en forma de abanico, con puerto de lavado, esterilizable en autoclave, longitud de 20 a 34 cm. | 1 |
| iqx45  | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                         | 1 |

**PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA.**

| <b>Cirugía Ped 1</b> | <b>Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos:</b><br><b>10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica,</b><br><b>10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica,</b><br><b>10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico,</b><br><b>10.06.110 Colectectomía laparoscópica pediátrica,</b><br><b>10.06.111 Colectectomía con exploración de vía biliar pediátrica,</b><br><b>10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica.</b><br><b>10.06.124 Laparoscopia con toma de biopsia pediátrica,</b><br><b>10.06.126 Laparoscopia diagnóstica pediátrica,</b><br><b>10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica,</b><br><b>10.06.156 Laparoscopia con resección del tubo digestivo pediátrica,</b><br><b>10.06.157 Laparoscopia con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo,</b><br><b>10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica y</b><br><b>10.07.101 Toracoscopias con corrección de malformaciones congénitas torácicas,</b><br><b>10.07.102 Toracoscopia diagnóstica,</b><br><b>10.07.103 Toracoscopia con toma de biopsia</b> |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No.                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad |
| iqx12                | Aplicador, de 3 o 5 o 10 mm., para clip de titanio, pequeño, o mediano-largo, esterilizable en autoclave, rotatable, longitud de trabajo 20 a 34 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |
| iqx6                 | Aplicador para clip absorbible o de polímero mediano o largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        |
| iqx223               | Sistema de irrigación/succión con cánula de 3 o 5 mm., tipo pistola o trompeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |
| iqx38                | Coagulador de espátula de 3 o 5 mm., monopolar, reusable, de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| iqx76                | Gancho disección/coagulador, de 3 o 5 mm., monopolar, con punta en "L", igual o menor a 90°, aislado, reusable, longitud de 20 a 36 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |
| iqx234               | Telescopio o sistema óptico de 3 o 5 o 5.5 o 10 mm. Ángulo o dirección de campo visual de 0° o 30°. Longitud de trabajo de 20 a 33 cm., esterilizable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|        |                                                                                                                                                                                   |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx229 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm. Ángulo o dirección de campo visual de 0° o 30°. Longitud de trabajo de 20 a 33 cm., esterilizable.                                          | 1 |
| iqx108 | Pinza Babcock, fenestrada 5 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotatable, longitud de trabajo 20 a 36 cm.                                                                       | 2 |
| iqx188 | Pinza tipo Babcock, 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, rotatable, desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, con sistema de sujeción, longitud de trabajo 20 a 36 cm. | 2 |
| iqx111 | Pinza baja nudos, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 36 cm.                                                                                         | 1 |
| iqx136 | Pinza de disección tipo Mixter de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, rotatable y desmontable, con punta angulada, longitud de trabajo 20 a 33 cm.                                  | 1 |
| iqx140 | Pinza de extracción o de garra, 3 a 3.4mm o 5 mm., de diámetro, rotatable y desmontable, dentada, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm.                                       | 1 |
| iqx198 | Pinza tipo Maryland de 3 o 5 mm., reusable, rotatable y desmontable, longitud de trabajo de 20 a 36 cm.                                                                           | 2 |
| iqx118 | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotatable y desmontable, de doble acción, diámetro de 3 o 5 mm., longitud de 20 a 36 cm.                                                  | 2 |
| iqx210 | Porta agujas metálico de 3 o 5 mm., reusable, con mango con mecanismo axial o Castroviejo con cremallera, punta recta, longitud de trabajo de 20 a 33 cm.                         | 1 |
| iqx216 | Retractor hepático metálico, maleable, articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de 5 mm., reusable, longitud de 20 a 36cm. Autoclave          | 1 |
| iqx219 | Separador o retractor, (articulado o rígido) de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable, longitud de 20 a 34 cm.                                     | 1 |
| iqx245 | Tijera Metzembaun de 3 o 5 mm., de diámetro, curva, monopolar o bipolar, rotatable, desmontable, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm.                                        | 1 |
| iqx137 | Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotatable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm.                           | 1 |
| iqx151 | Pinza intestinal fenestrada, de 5 mm., de diámetro, longitud de 30 a 36 cm.                                                                                                       | 1 |
| iqx150 | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro, longitud de 30 a 36 cm.                                                                                         | 1 |
| iqx122 | Pinza de ángulo recto tipo Mixter para disección, larga 10 mm., de diámetro por 31 a 36 cm., de longitud.                                                                         | 1 |
| iqx45  | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado.                                                                                                                | 1 |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares requeridos, técnico y/o contrario.

COL/SJ/DC/2 026/00 000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| Cirugía Ped 2                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos:<br>10.06.111 Colectistomía con exploración de vía biliar pediátrica,<br>10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica<br>10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. |                                                                                                                                                                                                       |          |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                           | Cantidad |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos:                                                                        | 1        |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                  | Equipo electromecánico.                                                                                                                                                                               |          |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                  | Para la remoción de tejido, histerectomía y miomas.                                                                                                                                                   |          |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                  | Compacto y de peso ligero.                                                                                                                                                                            |          |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ajuste de uso en el rango de 11 a 12, 15 y 20 (este último opcional) mm.                                                                                                                              |          |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                  | Con bordes cortantes.                                                                                                                                                                                 |          |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controlador que permita dos modos de giro pre seleccionables como mínimo.                                                                                                                             |          |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                  | De 50 rpm o mayor.                                                                                                                                                                                    |          |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | Con cuchillas reusables.                                                                                                                                                                              |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | Incluye instrumentos para garantizar el procedimiento de morcelación: pinza con dientes, perforador, trocar, reductores para trocar o sistemas compatibles que eviten fuga de neumoperitoneo, punzón. | 1        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pieza de mano                                                                                                                                                                                         | 1        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tirabuzón o instrumento de punción de 5 y 10 mm., longitud de 32 a 37 cm.                                                                                                                             | 2        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | Micropinza o minipinza para biopsia, reusable, aislada, con quijadas de acción simple o doble, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo dentro del rango de 32 a 37 cm.                                 | 1        |

**PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA.**  
**PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE APARATO RESPIRATORIO PEDIÁTRICA.**

| Endo Res 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Set de Endoscopia aparato respiratorio pediátrico 3, para los procedimientos:<br>10.21.102 Broncoscopia con toma de biopsia y cepillado pediátrica,<br>10.21.104 Dilataciones traqueales o bronquiales pediátrica,<br>10.21.105 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio pediátrica. |                                                                      |          |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descripción                                                          | Cantidad |
| iqx172                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinza para extracción de cuerpo extraño, tipo cacahuatera o similar. | 1        |
| iqx174                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón.    | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                              |                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx191                                                                                       | Pinza tipo cocodrilo para extracción de cuerpo extraño o apertura bilateral. | 1 |
| iqx114                                                                                       | Pinza con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia.            | 1 |
| iqx24                                                                                        | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño.                        | 1 |
| <b>Todas las pinzas deberán ser estrictamente compatibles con los endoscopios ofertados.</b> |                                                                              |   |

**PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PEDIÁTRICA.**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Endo Dig 4</b> | <b>Set de Endoscopia tubo digestivo pediátrico 4, para los procedimientos:</b><br><b>10.22.102 Colonoscopia con toma de biopsia pediátrica,</b><br><b>10.22.106 Panendoscopia con toma de biopsia pediátrica,</b><br><b>10.23.101 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales pediátrica,</b><br><b>10.23.102 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales esofágicas con escleroterapia pediátrica,</b><br><b>10.23.103 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales gastrointestinales pediátrica,</b><br><b>10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado pediátrica,</b><br><b>10.23.108 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica,</b><br><b>10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática básica pediátrica,</b><br><b>10.23.113 Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica,</b><br><b>10.23.115 Gastrostomía endoscópica pediátrica,</b><br><b>10.23.122 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica y</b><br><b>10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica.</b> |                 |
| <b>No.</b>        | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Cantidad</b> |
| iqx169            | Pinza para biopsia estándar con copa de forma oval y/o estilete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| iqx123            | Pinza de biopsia caliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| iqx168            | Pinza para biopsia biliar o pancreática, reusable. (Si es desechable ubicarla en bien de consumo complementario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| iqx173            | Pinza para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| iqx174            | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| iqx171            | Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| iqx23             | Canastilla de red para cuerpos extraños reusable o desechable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iqx58                                                                                                   | Dilatador esofágico de tipo Savari Guilliard set de 16 piezas de 5 a 20 mm de calibre con guía metálica flexible o Dilatador esofágico de expansión radial controlada de 6 a 20 mm con guía metálica | 1 |
| Las pinzas son parte de los endoscopios y deberán ser estrictamente compatibles con los que se oferten. |                                                                                                                                                                                                      |   |

**ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2023**

| BIENES DE CONSUMO BÁSICOS                                                                        |           |                                                                                                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICOS TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN                                   |           |                                                                                                                                                                            |                              |
| 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto. |           |                                                                                                                                                                            |                              |
| clave procedimiento                                                                              | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                     | Cantidad                     |
| 10.02.003                                                                                        | bcb43     | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm., de diámetro, de 10.5 a 12 cm., de longitud. O                                                               | 2(dos) a elección del médico |
| 10.02.003                                                                                        | bcb44     | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud.                                          |                              |
| 10.02.003                                                                                        | bcb45     | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.2 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud. O                                        |                              |
| 10.02.003                                                                                        | bcb65     | Fresa cortante oval o esférica o cilíndrica, para hueso duro y cartílago de 3.0 a 4 mm., diámetro por 10.5 a 12.5 cm., de longitud. O                                      |                              |
| 10.02.003                                                                                        | bcb68     | Fresa para hueso de 4.0 a 4.5 mm., de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm., de longitud.                                                                |                              |
| 10.02.003                                                                                        | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                       | 1                            |
| 10.02.003                                                                                        | bcb85     | Microaguja para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable. O                                                                          | 1(uno) a elección del médico |
| 10.02.003                                                                                        | bcb53     | Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., ó 0.5 a 1.5 mm y longitud 100 a 110 mm. |                              |
| 10.02.003                                                                                        | bcb54     | Electrodo tipo aguja de 0.5 a 1.5 mm., de diámetro y de 100 a 110 mm., de longitud.                                                                                        |                              |
| 10.02.003                                                                                        | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                           | 1                            |
| 10.02.003                                                                                        | bcb80     | Lápiz para electrodo.                                                                                                                                                      | 1                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/JS/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                            |                  |                                                                                                                                                                                           |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.02.003                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1                            |
| 10.02.003                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                 | 1                            |
| 10.02.003                                                  | bcb95            | Polímero de ácido hialurónico en gel, O Hemostático de matriz de gelatina bioabsorbible, O Biopolímero de ácido hialurónico en estado seco que se transforma en gel.                      | 1                            |
| <b>10.02.004 Cirugía endoscópica de oído medio adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                           |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b>              |
| 10.02.004                                                  | bcb43            | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm., de diámetro, de 10.5 a 12 cm., de longitud. O                                                                              | 1(una) a elección del médico |
| 10.02.004                                                  | bcb44            | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud.                                                         |                              |
| 10.02.004                                                  | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1                            |
| 10.02.004                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1                            |
| 10.02.004                                                  | bcb80            | Lápiz para electrodo.                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.02.004                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1                            |
| 10.02.004                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                 | 1                            |
| <b>10.03.001 Histeroscopia básica.</b>                     |                  |                                                                                                                                                                                           |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b>              |
| 10.03.001                                                  | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1                            |
| 10.03.001                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1                            |
| 10.03.001                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnicas y/o contractuales.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.03.002 Histeroscopia operatoria.                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| clave procedimiento                                               | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.03.002                                                         | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.03.002                                                         | bcb51     | Electrodo de corte, tipo asa, angulado O de tipo barril.                                                                                                                                                                                                              | 1        |
| 10.03.002                                                         | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.03.002                                                         | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1        |
| 10.03.002                                                         | bcb93     | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopia. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| clave procedimiento                                               | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.06.001                                                         | bcb5      | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.001                                                         | bcb15     | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.001                                                         | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.001                                                         | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.001                                                         | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1        |
| 10.06.001                                                         | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.001                                                         | bcb93     | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.001                                                         | bcb132    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4        |
| 10.06.021 Histerectomía.                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| clave procedimiento                                               | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.021                                | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.021                                | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.021                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.021                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.021                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.021                                | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.021                                | bcb91            | Pinza para Sellador de vasos compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.021                                | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.021                                | bcb127           | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo.                                                                                                                                                                  | 2               |
| 10.06.021                                | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.025 Laparoscopia de ovario.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.025                                | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.025                                | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.025                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.025                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.025                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.025                                                             | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.025                                                             | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.025                                                             | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.027 Laparoscopia etapificadora para cáncer ginecológico.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.027                                                             | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 2               |
| 10.06.027                                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb86            | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante).                                                                                                                                                           | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.027                                                             | bcb127           | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio círculo.                                                                                                                                                                  | 2               |
| 10.06.027                                                             | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.028 Laparoscopia para embarazo ectópico.</b>                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.028                                                             | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contractante.

CO/JS/DCA/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.028                     | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.028                     | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.028                     | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.028                     | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.028                     | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.028                     | bcb91            | Pinza para Sellador de vasos compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.028                     | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.028                     | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de fillos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.033 Miomectomía.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.033                     | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.033                     | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.033                     | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.033                     | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.033                     | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.033                     | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.033                     | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procesamiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos los otros requirientes, ítemos y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2 026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.033                                             | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.002 Apendicectomía laparoscópica adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.002                                             | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb86            | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante).                                                                                                                                                           | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.002                                             | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.003 Bypass gástrico.</b>                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.003                                             | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.003                                             | bcb26            | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                     | 5               |
| 10.06.003                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.003                                           | bcb58            | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                        | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.003                                           | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.003                                           | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                          | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.004                                           | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.004                                           | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.004                                           | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.004                                           | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.004                                           | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.004                                           | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/JS/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.004                                               | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.004                                               | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.004                                               | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto.</b>     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.006                                               | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.006                                               | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.006                                               | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.006                                               | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.006                                               | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1               |
| 10.06.006                                               | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.006                                               | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.006                                               | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.006                                               | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.010 Colectistectomía laparoscópica adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.010                                               | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.010                                               | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.010                                                              | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.010                                                              | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.010                                                              | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.010                                                              | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.010                                                              | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.010                                                              | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.010                                                              | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                             | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.011                                                              | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.011                                                              | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.011                                                              | bcb28            | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente.                             | 1               |
| 10.06.011                                                              | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.011                                                              | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.011                                                              | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.011                                                              | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.011                                                              | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el presente bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.011                                          | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.011                                          | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.013 Colectomía no asistida.</b>           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.013                                          | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb26            | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                     | 3               |
| 10.06.013                                          | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb57            | Engrapadora circular desde 28 a 34 mm., con capuchón.                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb58            | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                        | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.013                                          | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb100           | Retractor de incisión o Herida.                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.013                                          | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                                    | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.06.017                                                 | bcb5         | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb15        | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb26        | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                     | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb37        | Clips vasculares de polímero diversas medidas, para ligar vasos y/o tejido de 2 mm a 16 mm de ancho. (por Pza.)                                                                                                                                                       | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb58        | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                        | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb84        | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb87        | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb90        | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb93        | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.017                                                 | bcb132       | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5        |
| <b>10.06.024 Laparoscopia con toma de biopsia adulto.</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| clave<br>procedimiento                                    | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.06.024                                                 | bcb5         | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.024                                                 | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/000/000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.024                                         | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.024                                         | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.024                                         | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.024                                         | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.024                                         | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.024                                         | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.026 Laparoscopia diagnóstica adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                        | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.026                                         | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.026                                         | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.026                                         | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.026                                         | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                             | 1               |
| 10.06.026                                         | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.026                                         | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.026                                         | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.032 Manga gástrica.</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                        | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.032                                         | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.032                                                          | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb26            | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                        | 6               |
| 10.06.032                                                          | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb58            | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                           | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                         | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                            | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                      | 2               |
| 10.06.032                                                          | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                      | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.06.032                                                          | bcb131           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5               |
| <b>10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopia con prótesis.**</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.044                                                          | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.06.044                                                          | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.044                                                          | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                         | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.044                                                                   | bcb82            | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1               |
| 10.06.044                                                                   | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.044                                                                   | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.044                                                                   | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.06.044                                                                   | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| 10.06.044                                                                   | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm.,                                                                                                                                                              | 4               |
| <b>10.06.055 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto.**</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                                  | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.055                                                                   | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| 10.06.055                                                                   | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| 10.06.055                                                                   | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.055                                                                   | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.055                                                                   | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.055                                                                   | bcb88            | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.055                                                                   | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.06.055                                                                   | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el presente bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnicas y/o contractuales.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.06.055                                                               | bcb132    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>10.06.056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto.**</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| clave procedimiento                                                     | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
| 10.06.056                                                               | bcb5      | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.056                                                               | bcb15     | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.056                                                               | bcb26     | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                     | 4        |
| 10.06.056                                                               | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1        |
| 10.06.056                                                               | bcb58     | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                        | 1        |
| 10.06.056                                                               | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.06.056                                                               | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1        |
| 10.06.056                                                               | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.056                                                               | bcb87     | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2        |
| 10.06.056                                                               | bcb90     | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.056                                                               | bcb93     | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| 10.06.056                                                               | bcb127    | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo.                                                                                                                                                                  | 3        |
| 10.06.056                                                               | bcb132    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5        |
| <b>10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto.</b>                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                      | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.06.058                                   | bcb5         | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| 10.06.058                                   | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
| 10.06.058                                   | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.058                                   | bcb82        | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1        |
| 10.06.058                                   | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| 10.06.058                                   | bcb84        | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |
| 10.06.058                                   | bcb87        | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        |
| 10.06.058                                   | bcb90        | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.06.058                                   | bcb93        | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| 10.06.058                                   | bcb132       | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm.,                                                                                                                                                              | 4        |
| <b>10.06.059 Plastia de hernia ventral.</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| clave<br>procedimiento                      | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad |
| 10.06.059                                   | bcb5         | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| 10.06.059                                   | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
| 10.06.059                                   | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.06.059                                                                  | bcb82            | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1                            |
| 10.06.059                                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            |
| 10.06.059                                                                  | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            |
| 10.06.059                                                                  | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                            |
| 10.06.059                                                                  | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            |
| 10.06.059                                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                            |
| 10.06.059                                                                  | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm.,                                                                                                                                                              | 4                            |
| <b>10.04.001 Cistoscopia adulto.</b>                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.001                                                                  | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| 10.04.001                                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| <b>10.04.011 Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.011                                                                  | bcb9             | Asa para resectoscopio, calibre en el rango de 24 a 27 fr., desechables, ó reusables compatibles con marca y modelo del equipo. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.011                                                                  | bcb52            | Electrodo de vaporización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.04.011                                    | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                            | 1                            |
| 10.04.011                                    | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                            |
| 10.04.011                                    | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                              | 1                            |
| 10.04.011                                    | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                     | 1                            |
| 10.04.011                                    | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.04.011                                    | bcb123           | Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 a 24 fr. Presentar calibres intermedios.               | 1                            |
| <b>10.04.015 Uretrotomía interna adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                   | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b>              |
| 10.04.015                                    | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                            | 1                            |
| 10.04.015                                    | bcb47            | Cuchillo de media luna para uretrotomo compatible con el equipo o                                                                                                                                                                             | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.015                                    | bcb49            | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo.                                                                                                                                                                                      |                              |
| 10.04.015                                    | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                            |
| 10.04.015                                    | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                              | 1                            |
| 10.04.015                                    | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                     | 1                            |
| 10.04.015                                    | bcb122           | Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1                            |
| <b>10.04.016 Litotricia percutánea.</b>      |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                              | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad                           |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 10.04.016                                           | bcb4         | Aguja de punción percutáneo de dos o tres elementos.                                                                                                                                                                                          | 1                                  |
| 10.04.016                                           | bcb16        | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                            | 1                                  |
| 10.04.016                                           | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                                  |
| 10.04.016                                           | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                              | 1                                  |
| 10.04.016                                           | bcb70        | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038". O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. O     | 1(una) a<br>elección<br>del médico |
| 10.04.016                                           | bcb73        | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038" X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. O    |                                    |
| 10.04.016                                           | bcb74        | Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm.                                                                               |                                    |
| 10.04.016                                           | bcb76        | Juego de camisas de Amplatz desechables de 22 al 30 fr.                                                                                                                                                                                       | 1                                  |
| 10.04.016                                           | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                     | 1                                  |
| 10.04.016                                           | bcb122       | Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1                                  |
| 10.04.016                                           | bcb123       | Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 a 24 fr. Presentar calibres intermedios.               | 1                                  |
| <b>10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto.</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| clave<br>procedimiento                              | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad                           |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10.04.018                                                     | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.04.018                                                     | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                              | 1                               |
| 10.04.018                                                     | bcb70            | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038". O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm.       | 2                               |
| 10.04.018                                                     | bcb105           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                     | 1(un) set a elección del médico |
| <b>10.04.019 Litotricia vesical adulto.</b>                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b>                 |
| 10.04.019                                                     | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                            | 1                               |
| 10.04.019                                                     | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.04.019                                                     | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                              | 1                               |
| 10.04.019                                                     | bcb122           | Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1                               |
| <b>10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser).</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b>                 |
| 10.04.020                                                     | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                            | 1                               |
| 10.04.020                                                     | bcb18            | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm., de longitud.                                                                                                                                                                   | 1                               |
| 10.04.020                                                     | bcb19            | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado                                                                               | 1                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DCA/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10.04.020                                                   | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                      | 1                               |
| 10.04.020                                                   | bcb64            | Fibra láser de 200 O mayor micras. (útil para 10 procedimientos).                                                                                                                                                                                                         | 1 por cada 10 eventos           |
| 10.04.020                                                   | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.04.020                                                   | bcb73            | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038" X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm.                                  | 1                               |
| 10.04.020                                                   | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                | 1                               |
| 10.04.020                                                   | bcb105           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                                               | 1(un) set a elección del médico |
| 10.04.020                                                   | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). | 1(una) a elección del médico    |
| <b>10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter Doble J</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                  | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b>                 |
| 10.04.021                                                   | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                          | 1                               |
| 10.04.021                                                   | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                | 1                               |
| <b>10.06.035 Nefrectomía adulto.</b>                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                  | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b>                 |
| 10.06.035                                                   | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                                 | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                      | 1                               |
| 10.06.035                                                   | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                      | 1                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.035                                                       | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.035                                                       | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1               |
| 10.06.035                                                       | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.035                                                       | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.035                                                       | bcb88            | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.035                                                       | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.035                                                       | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.035                                                       | bcb127           | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio círculo.                                                                                                                                                                  | 4               |
| 10.06.035                                                       | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 6               |
| <b>10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                      | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.039                                                       | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.039                                                       | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.039                                                       | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.039                                                       | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.039                                                       | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1               |
| 10.06.039                                                       | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.039                                                       | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10.06.039                                      | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1                               |
| 10.06.039                                      | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1                               |
| 10.06.039                                      | bcb105           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""J""", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                                          | 1 (un)set a elección del médico |
| 10.06.039                                      | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4                               |
| <b>10.06.047 Prostatectomía laparoscópica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| <b>clave procedimiento</b>                     | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>                 |
| 10.06.047                                      | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1                               |
| 10.06.047                                      | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1                               |
| 10.06.047                                      | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                    | 1                               |
| 10.06.047                                      | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1                               |
| 10.06.047                                      | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1                               |
| 10.06.047                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                            | 1                               |
| 10.06.047                                      | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1                               |
| 10.06.047                                      | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2                               |
| 10.06.047                                      | bcb88            | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                      | 2                               |
| 10.06.047                                      | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1                               |
| 10.06.047                                      | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.047                                                          | bcb122           | Sonda para drenaje urinario , de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón,con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios.                         | 1               |
| 10.06.047                                                          | bcb127           | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo.                                                                                                                                                                  | 4               |
| 10.06.047                                                          | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 6               |
| <b>10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto.**</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.050                                                          | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                          | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.050                                                          | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasonico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.050                                                          | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.053 Suprarenalectomía no asistida.</b>                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                         | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.053                                                          | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/JS/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.053                             | bc15             | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.053                             | bc50             | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.053                             | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.053                             | bc83             | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1               |
| 10.06.053                             | bc84             | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.053                             | bc87             | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.053                             | bc88             | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                      | 2               |
| 10.06.053                             | bc90             | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.053                             | bc93             | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.053                             | bc132            | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.060 Pieloplastia adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.060                             | bc5              | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.060                             | bc50             | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.060                             | bc69             | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.060                             | bc83             | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                         | 1               |
| 10.06.060                             | bc84             | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.060                             | bc87             | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.060                                                         | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.060                                                         | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.060                                                         | bcb105           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""J""", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                                          | 1               |
| 10.06.060                                                         | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |
| <b>10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                        | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.061                                                         | bcb5             | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable.                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                          | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                   | 2               |
| 10.06.061                                                         | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb105           | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""J""", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador.                                                          | 1               |
| 10.06.061                                                         | bcb132           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contractante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

ANEXO 2 (DOS)  
"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

| PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO          |           |                                                                                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.21.002 Broncoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto.      |           |                                                                                                                                                                   |                              |
| clave procedimiento                                                 | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                            | Cantidad                     |
| 10.21.002                                                           | bcb33     | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado.         | 1                            |
| 10.21.002                                                           | bcb129    | Trampa de lavado bronquial o equivalente.                                                                                                                         | 1                            |
| 10.21.004 Dilataciones traqueales O bronquiales adulto.             |           |                                                                                                                                                                   |                              |
| clave procedimiento                                                 | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                            | Cantidad                     |
| 10.21.004                                                           | bcb11     | Balón de dilatación con capacidad de alcanzar diferentes diámetros . Compatible con el canal de trabajo solicitado, en función del equipo. O                      | 1(una) a elección del médico |
| 10.21.004                                                           | bcb77     | Juego de dilataadores percutáneos del 8 al 20 fr. o de 8 a 30 fr.                                                                                                 |                              |
| 10.21.004                                                           | bcb75     | Jeringa esterilizada de 60 cc., con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación.                                                                  | 1                            |
| 10.21.005 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio adulto. |           |                                                                                                                                                                   |                              |
| clave procedimiento                                                 | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                            | Cantidad                     |
| 10.21.005                                                           | bcb129    | Trampa de lavado bronquial o equivalente.                                                                                                                         | 1                            |
| 10.22.002 Colonoscopia con toma de biopsia adulto.                  |           |                                                                                                                                                                   |                              |
| clave procedimiento                                                 | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                            | Cantidad                     |
|                                                                     |           | * Son todos bienes de consumo complementarios                                                                                                                     |                              |
| 10.22.003 Enteroscopia                                              |           |                                                                                                                                                                   |                              |
| clave procedimiento                                                 | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                            | Cantidad                     |
| 10.22.003                                                           | bcb2      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. | 1                            |
| 10.22.003                                                           | bcb8      | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud. compatible con los tubos ofertados.                                         | 1                            |
| 10.22.003                                                           | bcb61     | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                            | 1                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

COJ/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10.22.003                                                                                     | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1(uno) a elección del médico  |
| 10.22.003                                                                                     | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| 10.22.003                                                                                     | bcb78            | Kit de Esfinterotomía por enteroscopia que incluye: Guía de alto rendimiento (o guía hidrofílica) de 450 a 600 cm de longitud y 0.035 de diámetro. Balón de extracción en el rango de 9 a 15 mm para enteroscopia de 200cm de longitud o mayor. Sistema de colocación de prótesis biliar de 8.5, 10, 11.5 Fr. De 5 a 15 cm de longitud. Y catéter de 200 cm a 230 cm o mayor compatible con la sonda, visión frontal para argón plasma. | 1                             |
| <b>10.22.006 Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.</b>                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cantidad</b>               |
| 10.22.006                                                                                     | bcb33            | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                             |
| <b>10.22.009 Ultrasonido endoscópico de tubo digestivo.</b>                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cantidad</b>               |
| 10.22.009                                                                                     | bcb12            | Balón de silicón o látex para endoscopio para ultrasonido lineal, compatible con la marca ofertada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                             |
| 10.22.009                                                                                     | bcb13            | Balón de silicón o látex para endoscopio para ultrasonido radial, compatible con la marca ofertada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                             |
| <b>10.23.001 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cantidad</b>               |
| 10.23.001                                                                                     | bcb1             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 19 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 180 a 240 cm. O                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 a elección del especialista |
| 10.23.001                                                                                     | bcb2             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DCA2026/000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10.23.001                                                                                                     | bcb3             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.             |                                      |
| 10.23.001                                                                                                     | bcb35            | Clip para hemostasia endoscópica.                                                                                                                                       | 3                                    |
| <b>10.23.002 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.</b>         |                  |                                                                                                                                                                         |                                      |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                           | <b>Cantidad</b>                      |
| 10.23.002                                                                                                     | bcb1             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 19 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 180 a 240 cm. O                  | 2 a elección del especialista        |
| 10.23.002                                                                                                     | bcb2             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O     |                                      |
| 10.23.002                                                                                                     | bcb3             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.             |                                      |
| 10.23.002                                                                                                     | bcb34            | Cianocrilato vial. O                                                                                                                                                    | 2 viales a elección del especialista |
| 10.23.002                                                                                                     | bcb81            | Lipiodol frasco ampula.                                                                                                                                                 |                                      |
| 10.23.002                                                                                                     | bcb104           | Set de ligadura variceal, con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm. compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. | 1                                    |
| <b>10.23.003 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                         |                                      |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                           | <b>Cantidad</b>                      |
| 10.23.003                                                                                                     | bcb1             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 19 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 180 a 240 cm. O                  | 2 a elección del especialista        |
| 10.23.003                                                                                                     | bcb2             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O     |                                      |
| 10.23.003                                                                                                     | bcb3             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.             |                                      |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/00000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.23.003                                                                                                                                          | bcb34     | Cianocrilato vial. O                                                                                                                                                                                                          | 2 viales a elección del especialista |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10.23.003                                                                                                                                          | bcb81     | Lipiodol frasco ampula.                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <b>10.23.004 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.</b> |           |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| clave procedimiento                                                                                                                                | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                        | Cantidad                             |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb59     | Equipo de cepillo para citología biliar guiado, (incluye: camisa para el cepillo, cepillo con diámetro en el rango de 2 a 3.5 mm., punta flexible en el rango de 2.0 a 3.5 cm. 6 fr. a 9fr., longitud 115 a 200 cm., o mayor. | 1                                    |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb61     | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                        | 1                                    |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb62     | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud.                                                                                                                                         | 1(un) a elección del médico          |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb63     | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                                            |                                      |
| 10.23.004                                                                                                                                          | bcb72     | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                                                                                 | 1                                    |
| <b>10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar.</b>                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| clave procedimiento                                                                                                                                | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                        | Cantidad                             |
| 10.23.007                                                                                                                                          | bcb10     | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O                                                    | 1 a elección del especialista        |
| 10.23.007                                                                                                                                          | bcb29     | Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en el rango de 6 a 12 Fr., con longitud en el rango de 180 a 260 cm.                                                                         |                                      |
| 10.23.007                                                                                                                                          | bcb61     | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                        | 1                                    |
| 10.23.007                                                                                                                                          | bcb62     | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                       | 1(una) a elección del médico         |
| 10.23.007                                                                                                                                          | bcb63     | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                                            |                                      |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 10.23.007                                                                                                              | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                                                                                                        | 1                                  |
| 10.23.007                                                                                                              | bcb125           | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cms longitud.                                                                                                                               | 1                                  |
| <b>10.23.008 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.</b>                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                             | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b>                    |
| 10.23.008                                                                                                              | bcb14            | Balón O catéter de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm., cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc. Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. | 1                                  |
| <b>10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                             | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b>                    |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb10            | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O                                                                           | 1(uno) a elección del especialista |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb30            | Catéter de dilatación biliar calibrado en un rango de 6 a 12 fr., con de 180 a 240 cm., de longitud o o Catéter de dilatación biliar radial controlada con medidas de 6 a 12 mm, longitud de 240 cm.                                                 | 1(uno) a elección del médico       |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb61            | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                                              |                                    |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                                                                   | 1                                  |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                                                                                                        |                                    |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb125           | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cms longitud.                                                                                                                               |                                    |
| 10.23.009                                                                                                              | bcb126           | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr. X 5 a 10 cm., de longitud.                                                                                                                                        | 1                                  |
| <b>10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja.</b>        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                                                  | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                   | Cantidad                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 10.23.010                                                               | bcb10        | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. | 1                                  |
| 10.23.010                                                               | bcb20        | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias.                     | 1                                  |
| 10.23.010                                                               | bcb27        | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable.             | 1                                  |
| 10.23.010                                                               | bcb61        | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                   | 1                                  |
| 10.23.010                                                               | bcb62        | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                  | 1(una) a<br>elección<br>del médico |
| 10.23.010                                                               | bcb63        | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                       |                                    |
| 10.23.010                                                               | bcb72        | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                            | 1                                  |
| <b>10.23.015 Gastrostomía endoscópica adulto.</b>                       |              |                                                                                                                                                                          |                                    |
| clave<br>procedimiento                                                  | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                   | Cantidad                           |
| 10.23.015                                                               | bcb17        | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado ( 24 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms.                                                                 | 1                                  |
| 10.23.015                                                               | bcb103       | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar, 24 fr., por método de tracción y accesorios para colocación.                                 | 1                                  |
| <b>10.23.020 Mucosectomía endoscópica y disección de tubo digestivo</b> |              |                                                                                                                                                                          |                                    |
| clave<br>procedimiento                                                  | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                   | Cantidad                           |
| 10.23.020                                                               | bcb2         | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.        | 1                                  |
| 10.23.020                                                               | bcb24        | Capuchones para hidrodiseccion endoscópica compatible con el equipo ofertado.                                                                                            | 1                                  |
| 10.23.020                                                               | bcb35        | Clip para hemostasia endoscópica.                                                                                                                                        | 3                                  |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CO/SJ/DC/2026/000/000203

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.23.020                                                                                                         | bcb48            | Cuchillo para hidrodisección endoscópica tipo I o T u O de 180 a 240 cm de longitud. o Sonda de corte que sean compatibles con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| 10.23.020                                                                                                         | bcb79            | Kit de mucosectomía que contiene: Ligador con 6 O 7 bandas para tubo de 8.6 a 13 mm. lazo ovalado para polipectomía con longitud de catéter de 230 a 240 cm. Aguja para escleroterapia de 23 G y longitud de catéter de 240 cm. (los componentes pueden ofertarse por separado siempre que sean completamente compatibles entre sí). | 1                            |
| <b>10.23.022 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.</b>                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                        | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b>              |
| 10.23.022                                                                                                         | bcb2             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O                                                                                                                                                                  | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.022                                                                                                         | bcb3             | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.                                                                                                                                                                          |                              |
| 10.23.022                                                                                                         | bcb7             | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                            |
| 10.23.022                                                                                                         | bcb8             | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud. compatible con los tubos ofertados.                                                                                                                                                                                                            | 1                            |
| <b>10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                                        | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b>              |
| 10.23.023                                                                                                         | bcb10            | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O                                                                                                                                                           | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.023                                                                                                         | bcb29            | Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en el rango de 6 a 12 Fr., con longitud en el rango de 180 a 260 cm.                                                                                                                                                                                |                              |
| 10.23.023                                                                                                         | bcb61            | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| 10.23.023                                                                                                         | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                                                                                                                              | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.023                                                                                                         | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.23.023                                                                                               | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                            | 1                            |
| 10.23.023                                                                                               | bcb124           | Stent metálico autoexpandible cubierta y no cubierta de nitinol (o cubierta equivalente)biliar de 6, 8, 10 mm. X 4, 6, 8 cm., de longitud.                               | 1                            |
| 10.23.023                                                                                               | bcb126           | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr. X 5 a 10 cm., de longitud.                                                            | 1                            |
| <b>10.23.024 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.</b> |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                            | <b>Cantidad</b>              |
| 10.23.024                                                                                               | bcb10            | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. | 1                            |
| 10.23.024                                                                                               | bcb20            | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. O                   | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.024                                                                                               | bcb27            | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable.             |                              |
| 10.23.024                                                                                               | bcb61            | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                   | 1                            |
| 10.23.024                                                                                               | bcb62            | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                  | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.024                                                                                               | bcb63            | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                       |                              |
| 10.23.024                                                                                               | bcb72            | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                            | 1                            |
| <b>10.23.025 Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático.</b>                                       |                  |                                                                                                                                                                          |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                            | <b>Cantidad</b>              |
| 10.23.025                                                                                               | bcb10            | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. | 1                            |
| 10.23.025                                                                                               | bcb55            | Endoprótesis plástica de doble cola de cochino, 4 a 5 cm., de longitud calibre 3 a 10 fr.                                                                                | 2                            |
| 10.23.025                                                                                               | bcb60            | Esfinterotómo de corte O precorte, de 5 mm., O 7.5 fr.                                                                                                                   | 1                            |
| 10.23.025                                                                                               | bcb71            | Guía de alto rendimiento de 0.035" y 450 cm., de longitud.                                                                                                               | 1                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| PAQUETE 3 ARTROSCOPIA                          |           |                                                                                                                                                                                           |                              |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.01.002 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo.  |           |                                                                                                                                                                                           |                              |
| clave procedimiento                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                    | Cantidad                     |
| 10.01.002                                      | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1                            |
| 10.01.002                                      | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1                            |
| 10.01.002                                      | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1                            |
| 10.01.002                                      | bcb96     | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.            | 1                            |
| 10.01.002                                      | bcb120    | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coablación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones.                                                    | 1                            |
| 10.01.004 Artroscopia de hombro.               |           |                                                                                                                                                                                           |                              |
| clave procedimiento                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                    | Cantidad                     |
| 10.01.004                                      | bcb21     | Cánula plástica con obturador para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 a 8.30 mm., y de 70 a 90 mm., de longitud. O             | 2(dos) a elección del médico |
| 10.01.004                                      | bcb22     | Cánula roscada O lisa con obturador de 6.0 a 9.0 mm. presentar medidas intermedias, de diámetro por 7-7.5 cm., de longitud.                                                               |                              |
| 10.01.004                                      | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1                            |
| 10.01.004                                      | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1                            |
| 10.01.004                                      | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1                            |
| 10.01.004                                      | bcb97     | Punta de rasurador dentada o lisa, para resección agresiva de sinovial y en el rango desde 3.5 mm a 5.5 mm.                                                                               | 2                            |
| 10.01.004                                      | bcb121    | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coablación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°.                                                                | 2                            |
| 10.01.008 Artroscopia de rodilla con implante. |           |                                                                                                                                                                                           |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| clave<br>procedimiento                   | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico<br>En caso de utilizar el bcb110, se requiere utilizar el bcc 10.01.906<br>Sistema de cortico femoral.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad                     |
|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.01.008                                | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                            |
| 10.01.008                                | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| 10.01.008                                | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.01.008                                | bcb96        | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            |
| 10.01.008                                | bcb109       | Sistema de fijación cortical para LCA y LCP con cuatro puntos de bloqueo o BOTON O SISTEMA DE SUSPENSION PARA FIJACION CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES. Tornillo de interferencia de titanio de rosca no cortante 7mm x 25mm a 9mm x 25 o Tornillo de interferencia Biocompatible o absorbible de 7mm a 10mm x 25mm o 30mm. Set de guías para perforación de túneles tibial y femoral con y sin ojal. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.01.008                                | bcb110       | Sistema de fijación cortico femoral. Mas Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titánio O biodegradable o absorbible, para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm., longitud de 20 a 30 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza.                                                               |                              |
| 10.01.008                                | bcb112       | Sistema de reparación todo-dentro con nudo deslizante con implante, ya sea no absorbible o con suturas. (Disponible en el 30% de estos procedimientos).                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                            |
| 10.01.008                                | bcb121       | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coablación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.01.008                                | bcb128       | Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titanio O biodegradable, o bioabsorbible para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm., longitud de 20 a 30 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza.                                                                                                     | 2 elección del cirujano.     |
| <b>10.01.010 Artroscopia de rodilla.</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por el personal titular de la Oficina de Servicios Jurídicos de la OODD regional Cuzco, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.2.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Oficina de Servicios Jurídicos del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el folio:

**COU/SJDC2026/6-000203**

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares que antes, éstos y/o contrario.

COL/SJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                               | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                    | Cantidad |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.01.010                                            | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1        |
| 10.01.010                                            | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1        |
| 10.01.010                                            | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1        |
| 10.01.010                                            | bcb96        | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.            | 1        |
| 10.01.010                                            | bcb121       | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coablación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°.                                                                | 1        |
| <b>10.01.011 Artroscopia de hombro con implante,</b> |              |                                                                                                                                                                                           |          |
| clave<br>procedimiento                               | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                    | Cantidad |
| 10.01.011                                            | bcb6         | Aguja para pinza pasasutura.                                                                                                                                                              | 1        |
| 10.01.011                                            | bcb21        | Cánula plástica con obturador para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 a 8.30 mm., y de 70 a 90 mm., de longitud.               | 2        |
| 10.01.011                                            | bcb22        | Cánula roscada O lisa con obturador de 6.0 a 9.0 mm. presentar medidas intermedias, de diámetro por 7-7.5 cm., de longitud.                                                               | 1        |
| 10.01.011                                            | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1        |
| 10.01.011                                            | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1        |
| 10.01.011                                            | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1        |
| 10.01.011                                            | bcb96        | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.            | 1        |
| 10.01.011                                            | bcb111       | Sistema de pasasutura der e izq. y neutro.                                                                                                                                                | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.01.011                                                        | bcb114           | Sistema para reparación de labrum, tipo ancla biocompuesta de 2.0 a 3.0 mm., con una o dos suturas O ancla metálica autorroscante con una sutura de 2.0mm a 3.5 mm, sutura de 2 O 4 hilos montada en pieza de mano. O | 2(dos) a elección del médico |
| 10.01.011                                                        | bcb115           | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla O tornillo metálico autorroscante de 2.8 a 5.0 mm., de diámetro, sutura de 2 O 4 hilos montada en pieza de mano. O                                      |                              |
| 10.01.011                                                        | bcb116           | Sistema para reparación de mango rotador, tipo ancla O tornillo biodegradable tipo saca corchos, montado en pieza de mano y sutura de 3.5 a 6.5 mm., de diámetro.                                                     |                              |
| 10.01.011                                                        | bcb121           | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coablación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°.                                                                                            | 1                            |
| <b>10.01.012 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo con implante</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                       | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>              |
| 10.01.012                                                        | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                  | 1                            |
| 10.01.012                                                        | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                      | 1                            |
| 10.01.012                                                        | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                         | 1                            |
| 10.01.012                                                        | bcb96            | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm.                                        | 1                            |
| 10.01.012                                                        | bcb113           | Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla metálica o bioabsorbible entre 1.7 a 3.7 mm.                                                                                                              | 2                            |
| 10.01.012                                                        | bcb120           | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coablación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones.                                                                                | 1                            |
| <b>10.01.013 Artroscopia de cadera.</b>                          |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>clave procedimiento</b>                                       | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>              |
| 10.01.013                                                        | bcb23            | Cánula roscada O lisa con obturador de 7 a 8.5 mm de diámetro de 90 a 110 de longitud.                                                                                                                                | 1                            |
| 10.01.013                                                        | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                  | 1                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.01.013                                           | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.01.013                                           | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.01.013                                           | bcb98            | Punta de rasurador fresa ovalada de 3.5 a 5.5. longitud de 18 a 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.01.013                                           | bcb99            | Punta recta o angulada a 30 ° de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 3.8 mm hasta 5.5 mm con longitud en el rango de 18 a 25 cm.                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.01.013                                           | bcb107           | Set o Kit de aguja para acceso de nitinol de 1.0 a 1.4 mm de diámetro./ ó Pac de cadera, desechable (incluye 3 alambre guía de nitinol 1.2mm x 18" y 2 agujas de artroscopia 6", calibre 17)                                                                                                                                                          | 1               |
| 10.01.013                                           | bcb119           | Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripción de fabricante./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 1               |
| <b>10.01.014 Artroscopia de cadera con implante</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                          | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b> |
| 10.01.014                                           | bcb23            | Cánula roscada O lisa con obturador de 7 a 8.5 mm de diámetro de 90 a 110 de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.01.014                                           | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.01.014                                           | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.01.014                                           | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                             | 1               |
| 10.01.014                                           | bcb98            | Punta de rasurador fresa ovalada de 3.5 a 5.5. longitud de 18 a 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.01.014                                           | bcb99            | Punta recta o angulada a 30 ° de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 3.8 mm hasta 5.5 mm con longitud en el rango de 18 a 25 cm.                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.01.014                                           | bcb107           | Set o Kit de aguja para acceso de nitinol de 1.0 a 1.4 mm de diámetro./ ó Pac de cadera, desechable (incluye 3 alambre guía de nitinol 1.2mm x 18" y 2 agujas de artroscopia 6", calibre 17)                                                                                                                                                          | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10.01.014 | bcb108 | Sistema de anclaje para labrum de cadera tipo ancla, METALICA O BIO ABSORBIBLE, entre 2.3 y 2.9 mm.                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 |
| 10.01.014 | bcb119 | Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripcion de fabricante./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 1 |

| PAQUETE 4 CAPSULA ENDOSCOPICA                                                         |              |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 10.22.001/ 10.22.101 Cápsula para visualización de tubo digestivo ADULTO Y PEDIATRICA |              |                          |                               |
| clave<br>procedimiento                                                                | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico   | Cantidad                      |
| 10.22.001 /<br>10.22.101                                                              |              | * No requiere bcb ni bcc | 1 por cada<br>grupo<br>etario |

| PAQUETE 5 PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES DIGESTIVOS                                |           |                                                                                                                                                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10.22.004 Manometría de alta resolución anorectal ADULTO.                      |           |                                                                                                                                                                                                                |                         |
| clave procedimiento                                                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                         | Cantidad                |
| 10.22.004                                                                      | bcb31     | Catéter para manometría anorectal Reusable según equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1                       |
| 10.22.005 Manometría de alta resolución esofágica ADULTO.                      |           |                                                                                                                                                                                                                |                         |
| clave procedimiento                                                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                         | Cantidad                |
| 10.22.005                                                                      | bcb32     | Catéter para manometría esofágica reusable según equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1 por 200 eventos       |
| 10.22.007 / 10.22.107 Phmetría de tubo digestivo superior ADULTO Y PEDIATRICA. |           |                                                                                                                                                                                                                |                         |
| clave procedimiento                                                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                         | Cantidad                |
| 10.22.007 / 10.22.107                                                          | bcb101    | Sensor o catéter de antimonio para Phmetría esofágica reusable o desechable, de acuerdo a tecnología ofertada con soluciones búfer y catéteres convencionales de uno o dos sensores con medición de impedancia | 1 por cada grupo etario |
| 10.22.008 / 10.22.108 Phmetría con impedancia ADULTO Y PEDIATRICA.             |           |                                                                                                                                                                                                                |                         |
| clave procedimiento                                                            | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                         | Cantidad                |

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron resueltos por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco en el momento 7.3.1, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administradora responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJ/DCC/2020/000203

COLUSJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                          |       |                                                                                                        |                                      |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10.22.008 /<br>10.22.108 | bcb38 | Phmetría con impedancia ADULTO Y/O PEDIATRICA (Consumibles deacuerdo a tecnología de cada fabricante). | por<br>paciente y<br>grupo<br>etario |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

**GRUPO ETARIO PEDIATRÍA**  
**PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA**  
**INVASIÓN PEDIÁTRICOS.**  
**CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE ONG PEDIÁTRICA.**

| 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica. |           |                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| clave procedimiento                                                                                  | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                            | Cantidad                       |
| 10.02.103                                                                                            | bcb39     | Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 8 a 10.5 cm., de longitud. O Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 8 a 11 cm., de longitud.                           | 2(dos) a elección del cirujano |
| 10.02.103                                                                                            | bcb40     | Cuchilla angulada de 30° a 40° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 10.5 a 11 cm., de longitud. O                                                                                                                    |                                |
| 10.02.103                                                                                            | bcb41     | Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 10.5 cm., de longitud. O Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 11 cm., de longitud. |                                |
| 10.02.103                                                                                            | bcb46     | Cuchilla para tejido de 2.9 a 4 mm ., de diámetro por 7.5 a 11 cm., de longitud.                                                                                                                                  |                                |
| 10.02.103                                                                                            | bcb42     | Cuchilla cortadora curva con mordida externa O Cuchilla cortadora maleable con mordida externa                                                                                                                    | 1                              |
| 10.02.103                                                                                            | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                              | 1                              |
| 10.02.103                                                                                            | bcb53     | Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., ó 0.5 a 1.5 mm y longitud 100 a 110 mm.                                        | 1                              |
| 10.02.103                                                                                            | bcb54     | Electrodo tipo aguja de 0.5 a 1.5 mm., de diámetro y de 100 a 110 mm., de longitud.                                                                                                                               | 1                              |
| 10.02.103                                                                                            | bcb66     | Fresa para hueso de 2.8 a 3.0 mm., de diámetro por 7.5 a 12 cm., de longitud. O Fresa para hueso de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro por 7.5 a 12.5 cm., de longitud.                                                   | 1(una) a elección del médico   |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o movilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares requeridos, técnico y/o contrario.

COL/SJ/DC/2026/00000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                |                  |                                                                                                                                                                                           |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.02.103                                                      | bcb67            | Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 11 cm., de longitud. O Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 12.5 cm., de longitud.                           |                 |
| 10.02.103                                                      | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb80            | Lápiz para electrodo.                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb85            | Microaguja para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.                                                                                           | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb89            | Pinza bipolar en bayoneta desechable o reusable.                                                                                                                                          | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.02.103                                                      | bcb95            | Polímero de ácido hialurónico en gel, O Hemostático de matriz de gelatina bioabsorbible, O Biopolímero de ácido hialurónico en estado seco que se transforma en gel.                      | 1               |
| <b>10.02.104 Cirugía endoscópica de oído medio pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                     | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b> |
| 10.02.104                                                      | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                          | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb80            | Lápiz para electrodo.                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.02.104                                                      | bcb134           | Cuchilla cortadora o Fresa cortante compatible con equipo ofertado.                                                                                                                       | 1               |
| <b>10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica.</b>      |                  |                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                     | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                             | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.102                                                      | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.102                                                      | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                      | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.102                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.102                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.102                                                  | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.102                                                  | bcb86            | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada. (o nudo de PGLA deslizante).                                                                                                                                                                                                                            | 1               |
| 10.06.102                                                  | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.102                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.102                                                  | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica. **</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.104                                                  | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.104                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.104                                                | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5               |
| <b>10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico.</b>  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.106                                                | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.106                                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.106                                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.106                                                | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.106                                                | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.106                                                | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.106                                                | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.106                                                | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.110 Colectistomía laparoscópica pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                               | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.110                                                | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.110                                                | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.110                                                | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.110                                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.110                                                                  | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.110                                                                  | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 2               |
| 10.06.110                                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.110                                                                  | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                                 | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.111                                                                  | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.111                                                                  | bcb28            | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente.                                                                                              | 1               |
| 10.06.111                                                                  | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.111                                                                  | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.111                                                                  | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.111                                                                  | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.111                                                                  | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 2               |
| 10.06.111                                                                  | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el presente bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.111                                                     | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5               |
| <b>10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica.**</b>      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.117                                                     | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb36            | Clips vasculares de polímero 5 mm. (Pza.)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.117                                                     | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5               |
| <b>10.06.124 Laparoscopia con toma de biopsia pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                    | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06. 124                                                    | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06. 124                                                                      | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                          | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06. 124                                                                      | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.126 Laparoscopia diagnóstica pediátrica.</b>                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                                      | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.126                                                                       | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                          | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.126                                                                       | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.155 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica.**</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requeridas, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave<br>procedimiento                                                    | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.06.155                                                                 | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.155                                                                 | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| 10.06.155                                                                 | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1        |
| 10.06.155                                                                 | bcb84        | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| 10.06.155                                                                 | bcb88        | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2        |
| 10.06.155                                                                 | bcb90        | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.06.155                                                                 | bcb93        | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |
| 10.06.155                                                                 | bcb133       | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5        |
| <b>10.06.156 Laparoscopia con resección de tubo digestivo pediátrica.</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| clave<br>procedimiento                                                    | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad |
| 10.06.156                                                                 | bcb15        | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.156                                                                 | bcb26        | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        |
| 10.06.156                                                                 | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 10.06.156                                                                 | bcb58        | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| 10.06.156                                                                 | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| 10.06.156                                                                 | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.156                                                                                               | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 2               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.156                                                                                               | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5               |
| <b>10.06.157 Laparoscopia con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                                                              | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.157                                                                                               | bcb25            | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 2.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                                                                                      | 4               |
| 10.06.157                                                                                               | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.157                                                                                               | bcb56            | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola O por separado.                                                                                                                                                                                                        | 1               |
| 10.06.157                                                                                               | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.157                                                                                               | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                          | 1               |
| 10.06.157                                                                                               | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.157                                                                                               | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 2               |
| 10.06.157                                                                                               | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.157                                                                                               | bcb94            | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/JS/DC/2026/0000000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.157                                                    | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente.                                                                                             | 4               |
| <b>10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                   | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.158                                                    | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb82            | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicólico de dos superficies./ o Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               |
| 10.06.158                                                    | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb93            | Placa de paciente adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| 10.06.158                                                    | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente.                                                                                             | 4               |
|                                                              |                  | ENDOUROLOGÍA PEDIÁTRICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>10.04.101 Cistoscopia pediátrica.</b>                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procesamiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares a los aquí referidos, ítem no y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

| clave<br>procedimiento                                                  | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10.04.101                                                               | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                   | 1                            |
| 10.04.101                                                               | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                       | 1                            |
| 10.04.101                                                               | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                             | 1                            |
| <b>10.04.121 Cistoscopia pediátrica. Para retiro de catéter Doble J</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| clave<br>procedimiento                                                  | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad                     |
| 10.04.121                                                               | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                       | 1                            |
| <b>10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica.</b>                        |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| clave<br>procedimiento                                                  | clave<br>bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad                     |
| 10.04.115                                                               | bcb47        | Cuchillo de media luna para uretrotomo compatible con el equipo O                                                                                                                                                                      | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.115                                                               | bcb49        | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo.                                                                                                                                                                               |                              |
| 10.04.115                                                               | bcb50        | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                   | 1                            |
| 10.04.115                                                               | bcb52        | Electrodo de vaporización.                                                                                                                                                                                                             | 1                            |
| 10.04.115                                                               | bcb69        | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                       | 1                            |
| 10.04.115                                                               | bcb70        | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038". O Guía para catéter uretral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. | 1                            |
| 10.04.115                                                               | bcb83        | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                             | 1                            |

La revisión jurídica se efectúa sin perjuicio sobre la justificación, procesamiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos similares a los aquí antes, ítemos y/o contrario.

000203 COL/SJ/DC/2026/00

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURIDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10.04.115                                             | bcb117           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano).<br>O | 1(una) a elección del médico   |
| 10.04.115                                             | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                             |                                |
| <b>10.04.117 Litotricia pielocalicial pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>clave procedimiento</b>                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cantidad</b>                |
| 10.04.117                                             | bcb18            | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                           | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb19            | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado                                                                                                                                       | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                  | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                      | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb73            | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038" X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm.                                                              | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                            | 1                              |
| 10.04.117                                             | bcb106           | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano).                                                                              | 1(un)set a elección del médico |
| 10.04.117                                             | bcb117           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano).<br>O | 1(una) a elección del médico   |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10.04.117                                        | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                          |                                |
| <b>10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| <b>clave procedimiento</b>                       | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cantidad</b>                |
| 10.04.118                                        | bcb19            | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado                                                                                                                                    | 1                              |
| 10.04.118                                        | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                               | 1                              |
| 10.04.118                                        | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 10.04.118                                        | bcb73            | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038" X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. O                                                         | 1(una) a elección del médico   |
| 10.04.118                                        | bcb74            | Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm.                                                                                                                                    |                                |
| 10.04.118                                        | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                          | 1                              |
| 10.04.118                                        | bcb106           | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano).                                                                           | 1(un)set a elección del médico |
| 10.04.118                                        | bcb117           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico   |
| 10.04.118                                        | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                          |                                |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra en el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.04.119 Litotricia vesical pediátrica. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| clave procedimiento                      | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad                     |
| 10.04.119                                | bcb19     | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado                                                                                                                                    | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.119                                | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| 10.04.119                                | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| 10.04.119                                | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                          | 1                            |
| 10.04.119                                | bcb117    | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.119                                | bcb118    | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                          |                              |
|                                          |           | CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA.                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 10.06.114 Criptorquidia abdominal.       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| clave procedimiento                      | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad                     |
| 10.06.114                                | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| 10.06.114                                | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| 10.06.114                                | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                          | 1                            |
| 10.06.114                                | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                 | 1                            |
| 10.06.114                                | bcb94     | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                        | 1                            |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.06.114                                                             | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.135 Nefrectomía pediátrica.</b>                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.135                                                             | bcb15            | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.135                                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| 10.06.135                                                             | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.135                                                             | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1               |
| 10.06.135                                                             | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| 10.06.135                                                             | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.135                                                             | bcb88            | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
| 10.06.135                                                             | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.06.135                                                             | bcb94            | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1               |
| 10.06.135                                                             | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopia pediátrica.**</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                            | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b> |
| 10.06.139                                                             | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10.06.139                                                            | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb94            | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                              |
| 10.06.139                                                            | bcb106           | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano).                                                                                                               | 1(un)set a elección del médico |
| 10.06.139                                                            | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4                              |
| <b>10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>clave procedimiento</b>                                           | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b>                |
| 10.06.150                                                            | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                              |
| 10.06.150                                                            | bcb94            | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10.06.150                                 | bcb133           | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según compleción y constitución del paciente. | 4                              |
| <b>10.06.160 Pieloplastia pediátrica.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>clave procedimiento</b>                | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cantidad</b>                |
| 10.06.160                                 | bcb16            | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 10.06.160                                 | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 10.06.160                                 | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                              |
| 10.06.160                                 | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1                              |
| 10.06.160                                 | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 10.06.160                                 | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                              |
| 10.06.160                                 | bcb94            | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                              |
| 10.06.160                                 | bcb106           | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano).                                                                                                               | 1(un)set a elección del médico |
| 10.06.160                                 | bcb117           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano).                                       | 1                              |
| 10.06.160                                 | bcb118           | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                                                              | 1                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/JS/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.06.160                                                             | bcb133    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>10.06.161 Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico.</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| clave procedimiento                                                   | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad                     |
| 10.06. 161                                                            | bcb16     | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo.                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.06. 161                                                            | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| 10.06. 161                                                            | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            |
| 10.06. 161                                                            | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en "Y" con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en "Y" estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                                              | 1                            |
| 10.06. 161                                                            | bcb84     | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                                     | 1                            |
| 10.06. 161                                                            | bcb90     | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                                    | 1                            |
| 10.06. 161                                                            | bcb94     | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                            |
| 10.06. 161                                                            | bcb118    | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).                                                              | 1(una) a elección del médico |
| 10.06. 161                                                            | bcb133    | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4                            |
|                                                                       |           | TORACOSCOPIA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/JS/DC/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| clave procedimiento                                                           | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad |
| 10.07.101                                                                     | bcb15     | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb25     | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 2.5 mm., de altura.                                                                                                                                                                                                                                   | 4        |
| 10.07.101                                                                     | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb58     | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado.                                                                                                                                                                                      | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb83     | Manguera de irrigación/aspiración en " Y " con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                       | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb86     | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada. ( o nudo de PGLA deslizante).                                                                                                                                                                                                        | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb87     | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                 | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb90     | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                 | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb94     | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| 10.07.101                                                                     | bcb130    | Trócares flexibles punta roma , desechables o reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4        |
| 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica.                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| clave procedimiento                                                           | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad |
| 10.07.102                                                                     | bcb50     | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 10.07.102                                                                     | bcb69     | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

COJSD/CD/2026/000/000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.07.102                                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                        | 1               |
| 10.07.102                                                      | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.07.102                                                      | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.07.102                                                      | bcb94            | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1               |
| 10.07.102                                                      | bcb130           | Trócares flexibles punta roma , desechables o reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |
| <b>10.07.103 Toracoscopía diagnóstica con toma de biopsia.</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <b>clave procedimiento</b>                                     | <b>clave bcb</b> | <b>Bien de Consumo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cantidad</b> |
| 10.07.103                                                      | bcb50            | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado.                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| 10.07.103                                                      | bcb69            | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril.                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| 10.07.103                                                      | bcb83            | Manguera de irrigación/aspiración en " Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en " Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado.                                                                                                                        | 1               |
| 10.07.103                                                      | bcb84            | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril.                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| 10.07.103                                                      | bcb87            | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo.                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.07.103                                                      | bcb90            | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante).                                                                                                                                                                 | 1               |
| 10.07.103                                                      | bcb94            | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1               |
| 10.07.103                                                      | bcb130           | Trócares flexibles punta roma , desechables o reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA.                     |           |                                                                                                                                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ENDOSCOPIA DE APARATO RESPIRATORIO PEDIÁTRICA.                                            |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| 10.21.102 Broncoscopia con toma de biopsia y cepillado pediátrica.                        |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
| 10.21.102                                                                                 | bcb33     | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. | 1                               |
| 10.21.102                                                                                 | bcb129    | Trampa de lavado bronquial o equivalente.                                                                                                                 | 1                               |
| 10.21.104 Dilataciones traqueales o bronquiales pediátrica.                               |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
| 10.21.104                                                                                 | bcb11     | Balón de dilatación con capacidad de alcanzar diferentes diámetros . Compatible con el canal de trabajo solicitado, en función del equipo. O              | 1 (uno) a elección del cirujano |
| 10.21.104                                                                                 | bcb77     | Juego de dilatadores percutáneos del 8 al 20 fr. o de 8 a 30 fr.                                                                                          |                                 |
| 10.21.104                                                                                 | bcb75     | Jeringa esterilizada de 60 cc., con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación.                                                          | 1                               |
| 10.21.105 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio pediátrica.                   |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
| 10.21.105                                                                                 | bcb129    | Trampa de lavado bronquial o equivalente.                                                                                                                 | 1                               |
| 10.22.102 Colonoscopia con toma de biopsia pediátrica.                                    |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
|                                                                                           |           | * Son todos bienes de consumo complementarios                                                                                                             |                                 |
| 10.22.106 Panendoscopia con toma de biopsia y/o cepillado pediátrica                      |           |                                                                                                                                                           |                                 |
| clave procedimiento                                                                       | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                    | Cantidad                        |
| 10.22.106                                                                                 | bcb33     | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. |                                 |
| 10.23.101 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales pediátrica. |           |                                                                                                                                                           |                                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dices requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203







ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| clave procedimiento                                                                                                          | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                  | Cantidad                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10.23.101                                                                                                                    | bcb2      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O     | 2 a elección del especialista        |
| 10.23.101                                                                                                                    | bcb3      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.             |                                      |
| <b>10.23.102 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas con escleroterapia pediátrica.</b> |           |                                                                                                                                                                         |                                      |
| clave procedimiento                                                                                                          | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                  | Cantidad                             |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb2      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O     | 2, a elección del médico.            |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb3      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.             |                                      |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb34     | Cianocrilato vial. O                                                                                                                                                    | 2 a elección del médico              |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb81     | Lipiodol frasco ampula.                                                                                                                                                 |                                      |
| 10.23.102                                                                                                                    | bcb104    | Set de ligadura variceal, con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm. compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. | 1                                    |
| <b>10.23.103 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales pediátrica.</b>            |           |                                                                                                                                                                         |                                      |
| clave procedimiento                                                                                                          | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                  | Cantidad                             |
| 10.23.103                                                                                                                    | bcb2      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O     | 2 a elección del médico.             |
| 10.23.103                                                                                                                    | bcb3      | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm.             |                                      |
| 10.23.103                                                                                                                    | bcb34     | Cianocrilato vial. O                                                                                                                                                    | 2 viales a elección del especialista |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO SAI:  
SI26039

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

| 10.23.103                                                                                                                                             | bcb81     | Lipiodol frasco ampula.                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica.</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| clave procedimiento                                                                                                                                   | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                      |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb59     | Equipo de cepillo para citología biliar guiado, (incluye: camisa para el cepillo, cepillo con diámetro en el rango de 2 a 3.5 mm., punta flexible en el rango de 2.0 a 3.5 cm. 6 fr. a 9fr., longitud 115 a 200 cm., o mayor.                        | 1                             |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb61     | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                                                                               | 1                             |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb62     | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                                                                              | 1(unos) a elección del médico |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb63     | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                                                                   |                               |
| 10.23.104                                                                                                                                             | bcb72     | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                                                                                                        | 1                             |
| <b>10.23.108 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica.</b>                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| clave procedimiento                                                                                                                                   | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                      |
| 10.23.108                                                                                                                                             | bcb14     | Balón O catéter de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm., cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc. Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. | 1 (una) a elección del médico |
| 10.23.108                                                                                                                                             | bcb92     | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado.                                                                                                                                                                                             | 1                             |
| <b>10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática, básica pediátrica.</b>                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| clave procedimiento                                                                                                                                   | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad                      |
| 10.23.109                                                                                                                                             | bcb10     | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O                                                                           | 1 (uno) a elección del médico |
| 10.23.109                                                                                                                                             | bcb27     | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. O                                                                                       |                               |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10.23.109                                                                                            | bcb30     | Catéter de dilatación biliar calibrado en un rango de 6 a 12 fr., con de 180 a 240 cm., de longitud o o Cáteter de dilatación biliar radial controlada con medidas de 6 a 12 mm, longitud de 240 cm. |                               |
| 10.23.109                                                                                            | bcb61     | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                                                               | 1                             |
| 10.23.109                                                                                            | bcb62     | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                                                              | 1 (una) a elección del médico |
| 10.23.109                                                                                            | bcb63     | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                                                                   |                               |
| 10.23.109                                                                                            | bcb72     | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                                                        | 1                             |
| 10.23.109                                                                                            | bcb125    | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cms longitud. O                                                                             | 1(uno) a elección del médico  |
| 10.23.109                                                                                            | bcb126    | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr. X 5 a 10 cm., de longitud.                                                                                        |                               |
| 10.23.115 Gastrostomía endoscópica pediátrica.                                                       |           |                                                                                                                                                                                                      |                               |
| clave procedimiento                                                                                  | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                               | Cantidad                      |
| 10.23.115                                                                                            | bcb102    | Set de gastrostomía endoscópica percutánea en el rango de 14fr. a 24 fr ( presentar medidas intermedias)., por método de tracción y accesorios para colocación.                                      | 1                             |
| 10.23.122 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica.                                   |           |                                                                                                                                                                                                      |                               |
| clave procedimiento                                                                                  | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                               | Cantidad                      |
| 10.23.122                                                                                            | bcb7      | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo.                                                                                                                         | 1                             |
| 10.23.122                                                                                            | bcb8      | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud. compatible con los tubos ofertados.                                                                            | 1                             |
| 10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica. |           |                                                                                                                                                                                                      |                               |
| clave procedimiento                                                                                  | clave bcb | Bien de Consumo Básico                                                                                                                                                                               | Cantidad                      |
| 10.23.124                                                                                            | bcb20     | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias.                                                 | 1 (una) a elección del médico |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los resúmenes jurídicos se efectuaron sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dros requisitos, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |       |                                                                                                                                                              |                               |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10.23.124 | bcb27 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. | 1                             |
| 10.23.124 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr.                                                                                                       | 1                             |
| 10.23.124 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O                                                                      | 1 (una) a elección del médico |
| 10.23.124 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor.                                                                           |                               |
| 10.23.124 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor.                                                | 1                             |

**BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS**  
Los siguientes Bienes de Consumo Complementarios podrán solicitarse dependiendo la necesidad de la unidad.

| <b>Paquete 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clave</b>                                                         | <b>Nombre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.02.901                                                            | Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm )./ o Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis (tamaño 4.5 a 9 cm).                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.02.902                                                            | Fresa cortante o esférica o cilíndrica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 4.0 mm., diámetro por 10.5 a 12.5 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.02.903                                                            | Fresa para hueso de 4.0 a 4.5 mm., de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm., de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.04.904                                                            | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr./ o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. |
| 10.04.905                                                            | Set ó equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J" radiopaco de calibres; en el rango de 3.7 fr. a 4.8 fr. X 10 cm. hasta 22 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las dros requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/000/000203





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES**  
**COMPLEMENTARIOS.**

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía, longitud. 24 cm calibre. 5 fr. catéter ureteral de poliuretano. Radiopaco. Con posicionador.     |
| 10.04.907 | Balón dilatador para tracto percutáneo.                                                                                                                           |
| 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml. Y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud.                                                                           |
| 10.04.910 | Cuchillo recto y de media luna para uretrotomo compatible con el equipo.                                                                                          |
| 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm., incluye sistema de inflado.                                                                             |
| 10.04.913 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm., de longitud.                                                                                      |
| 10.04.914 | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                                                     |
| 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm., ó 4 mm. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón.                                   |
| 10.04.916 | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr. (Ureterolito láser flexible).                                                                                      |
| 10.04.918 | Camisa de acceso ureteral hidrofílica.                                                                                                                            |
| 10.04.919 | Juego de dilatadores percutáneos tipo Amplatz de 8 a 30 fr.                                                                                                       |
| 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038", 145 a 150 cm.                                                                                                      |
| 10.04.921 | Aguja de acceso percutáneo.                                                                                                                                       |
| 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm.                                                                  |
| 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología.                                                                                                                      |
| 10.04.924 | Catéter con balón de oclusión de 5 a 7 fr. X 75 a 100 cm., de longitud.                                                                                           |
| 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr.                                                                                                                          |
| 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado.                                  |
| 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura.                                                                                 |
| 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla.                                                                                                         |
| 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ ó Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla.                       |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

Los aspectos jurídicos se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dnos. requisitos, técnica y/o contratante.

CO/SJ/DC2026000/000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO







**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

|           |                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo.                                                                                           |
| 10.06.909 | Engrapadora circular desde 28 a 34 mm., con capuchón.                                                                                               |
| 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio.                                                |
| 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano ó mediano/largo.                                      |
| 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente.                                                                              |
| 10.06.913 | Puerto laparoscópico único flexible para cirugía transanal con tres puertos incluidos y canal de insuflación.                                       |
| 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer.                                                                                |
| 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). |

| Paquete 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave                                                     | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.21.901                                                 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas.                                                                                                                                                                                                      |
| 10.21.902                                                 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable.                                                                                                                                   |
| 10.21.903                                                 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón ( de latex o silicón)incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopia.                                                                                                              |
| 10.22.902                                                 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 ó 10 cc., con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 10.23.901                                                 | Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento (según tecnología de cada fabricante).                       |
| 10.23.903                                                 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm. O equivalente que cumpla la misma función.                                |

Los aspectos jurídicos del presente caso fueron resueltos por la persona titular de la figura de especialista jurídica de la ODDD regional Cuzco en el momento 7.3.1, puntos 1, 8, del Manual de Organización de la Jefatura de servicios jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, o solicitud de la unidad administradora responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

CULSJ/DCC/2020/000203

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCENTRALADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DELEGADA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO









ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO SAI:**  
**SI26039**

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr.; de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |
| 10.23.918 | Catéter de ablación con argón híbrida con long de mas de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente.                                                                                                                                            |
| 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.23.920 | Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.23.922 | Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.23.923 | Cepillo de citología para vía biliar guiado de al menos 2.1 a 2.5 mm y longitud de 200 a 240 CM.                                                                                                                                                                                                             |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requirentes, técnica y/o contratación.

CO/SJ/DC2026/000/000203



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 3 (TRES)**  
**"FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"**

**FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

**AFIANZADORA:**

**DENOMINACIÓN SOCIAL:** \_\_\_\_\_, EN LO SUCESIVO LA "AFIANZADORA"

**DOMICILIO:** \_\_\_\_\_.

**AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR:** \_\_\_\_\_ (NÚMERO DE OFICIO Y FECHA).

**BENEFICIARIA:**

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA".

**DOMICILIO:** \_\_\_\_\_.

A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA" SE LES PODRÁ ENVIAR LA FIANZA A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS (correo de la empresa) Y tania.leon@imss.gob.mx, [edith.anguiano@imss.gob.mx](mailto:edith.anguiano@imss.gob.mx), cinthia.amezcua@imss.gob.mx

**FIADO (S):** (EN CASO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EL NOMBRE Y DATOS DE CADA UNO DE ELLOS)

**NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:** \_\_\_\_\_.

**RFC:** \_\_\_\_\_.

**DOMICILIO:** \_\_\_\_\_ (EL MISMO QUE APAREZCA EN EL CONTRATO PRINCIPAL).

**DATOS DE LA PÓLIZA:**

**NÚMERO:** \_\_\_\_\_ (NÚMERO ASIGNADO POR LA "AFIANZADORA").

**MONTO AFIANZADO:** \_\_\_\_\_ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO).

**MONEDA:** \_\_\_\_\_.

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** \_\_\_\_\_.

**OBLIGACIÓN GARANTIZADA:** EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.

**NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES:** LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ:

\* **DIVISIBLE** Y EN CONSECUENCIA, SE PACTA QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE APLICARÁ DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

**DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":**

**NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE":** \_\_\_\_\_.

**OBJETO:** \_\_\_\_\_.

**MONTO DEL CONTRATO:** (CON NÚMERO Y LETRA, SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

**MONEDA:** \_\_\_\_\_.

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** \_\_\_\_\_.

**TIPO:** SERVICIOS.

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** DIVISIBLE, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnico y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/0000000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 3 (TRES)**  
**"FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"**

**PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA:** EL PREVISTO  
EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

**COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN:** PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE **COLIMA, COLIMA**, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 151 DE SU REGLAMENTO.

LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA SE PODRÁ REALIZAR EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [WWW.AMIG.ORG.MX](http://WWW.AMIG.ORG.MX)

\_\_\_\_\_ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA), REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA "AFIANZADORA".

**CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE SERVICIOS.**

**PRIMERA.- OBLIGACIÓN GARANTIZADA.**

ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASAN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE.

**SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO.**

LA "AFIANZADORA", SE COMPROMETE A PAGAR A LA BENEFICIARIA, HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES DE \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/100 MONEDA NACIONAL) (EL MONTO NO DEBERÁ INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) QUE REPRESENTA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL \_\_\_\_\_ (MONTO MÁXIMO ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL \_\_\_\_ QUE CORRESPONDA, O EN SU CASO, DEL VALOR DEL "CONTRATO").

LA "AFIANZADORA" RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL "CONTRATO" INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, LA "AFIANZADORA" EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las dadas requerimientos, técnico y/o contratante.

CO/SJ/DC/2026/00000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO











ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026**  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

**NÚMERO DE CONTRATO:**  
**050GYR012N10226-121-00**

**NÚMERO DE CONTRATO FINAT:**  
**SI26039**

**ANEXO 3 (TRES)**

**"FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"**

LA "AFIANZADORA" QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA.

EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A LA "AFIANZADORA" LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUANDO EL FIADO SOLICITE DICHA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO", "LA CONTRATANTE" HAYA CALIFICADO O REVISADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA EXHIBIDA POR EL FIADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS Y POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS O POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FIADO, RESPECTO DEL "CONTRATO" ESPECIFICADO EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA Y SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

**DÉCIMA.- PROCEDIMIENTOS.**

LA "AFIANZADORA" ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

**DÉCIMA PRIMERA.- RECLAMACIÓN**

"LA BENEFICIARIA" PODRÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 279, DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

**DÉCIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.**

SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODAO Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra se registra bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las ditas requerimientos, técnicos y/o contractuales.

CO/JS/DA/2026/000/000203





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
OFICINA DE CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR012-N-102-2026  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y BIENES  
COMPLEMENTARIOS.

NÚMERO DE CONTRATO:  
050GYR012N10226-121-00

NÚMERO DE CONTRATO FINAT:  
SI26039

ANEXO 4 (CUATRO)  
"DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa  
Desconcentrada Regional Colima  
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa



Memorándum N° 069001 250100/CAOA/2026/0379  
Colima, Col., a 15 de junio de 2026.

Lic. Luis Godínez Cruz

Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Presente

En atención a los numerales 4.17, 4.24.6, 5.3.15., de las POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en mi carácter de Titular del Área Requiriente, por medio del presente designo a la persona servidora pública que **fungirá como Administrador del Contrato**, en el procedimiento de contratación para el **Servicio Médico Integral para procedimientos de mínima invasión 2026**.

DATOS DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

|                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre completo:                                                          | Dr. Juan Gabriel Barrera Acosta                         |
| Cargo:                                                                    | Enc. Coordinador de Prevención y Atención a la Salud    |
| Área de adscripción en el IMSS:                                           | Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas           |
| Domicilio institucional:                                                  | Zaragoza No. 62, Colonia Centro CP 28010 Colima, Colima |
| Registro Federal de Contribuyentes:                                       |                                                         |
| Clave Única de Registro de Población:                                     |                                                         |
| Correo electrónico institucional:                                         | juanbarreraa@imss.gob.mx                                |
| Teléfono institucional:                                                   | 3123126951                                              |
| Evidencia del alta en el MFIJ bajo el rol de "Administrador de contrato": |                                                         |
| Firma de Aceptación del Cargo como Administrador de Contrato              | <br>Firma                                               |

Se designan como Auxiliares del Administrador del Contrato:

Dr. Armando Sánchez Ureña  
Director HGZ No. 1 Villa de Álvarez  
Dra. Lorena Ramírez Torres  
Enc. De la Dirección del HGZ No. 10 Manzanillo

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dra. Jessica Guzmán Lozada

Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Elaboró:  
Arq. Sofia Arellano Ahumada  
RTDAM AUX 0001



2026  
año de  
Margarita  
Maza

Zaragoza No. 62, Col. Centro, CP. 28000, Colima, Colima. Tel: (312) 31 2 69 50

www.imss.gob.mx

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la ODA Regional Colima, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3.1, puntos 1 y 8, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por la persona titular del Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra el registro bajo el folio:

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las ditas requerimientos, técnico y/o contratante.

CO/SJ/DA/2026/0000000203

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONSULTIVO



SE TESTA REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE SERVIDOR PÚBLICO IDENTIFICADA E IDENTIFICABLE, CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 PÁRRAFO PRIMERO Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LGTIAIP).



Zaragoza No. 199, Col. Alta Villa, CP. 28987, Villa de Álvarez, Colima. Tel: 312 31 14021, www.imss.gob.mx