



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



OOAD Regional Colima

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Of. N° 069001 200100/IBD/2024/194
Colima, Colima, a 25 de octubre de 2024

Lic. Luis Godínez Cruz

Enc. de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Con atención a:

C.P. Jaime Gabriel Grajeda Nuñez

Titular del Departamento de Adquisición
De Bienes y contratación de Servicios.

En atención a su envío de las propuestas técnicas que presentaron los licitantes al evento de **Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre comercio con Capitulo de compras gubernamentales No. LA-50-GYR-050GYR012-T-133-2024**, para la **Adquisición de Consumibles para Equipos Medico y Equipo en Comodato, Grupo 379**, me permito enviar evaluación técnica de las propuestas presentadas.

Sin más por el momento quedo a sus comentarios.

Atentamente

Dr. Francisco Manuel Escalante Nieto

Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas.

C/Anexos.

Elaboro: IB



GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Advanced Sterilization	AMC Biomedical	Aztec-Medic	Bioginmed	Casonato Stelco	Comercializadora Lini	Corporativo en Servicio de Ingeniería Médica	Distribuidor Médico Tecnomed	Ingeniería en Equipos Médicos Valma
3.1 PROPUESTA TECNICA										
3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA										
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Numero 3 (tres), y anexo Numero 3 A (tres A), el cual forma parte de esta licitación. Para corroborar las especificaciones y características de los bienes, se requiere que los participantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales en original del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, en caso de estar en idioma inglés, deberá de presentar la traducción simple al español, y en caso de un idioma diferente al inglés, la traducción al español, deberá realizarse por un perito traductor autorizado, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus propuestas, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información. TERMINOS Y CONDICIONES e) Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones. Para corroborar las especificaciones, El Oferente deberá presentar en forma digital los Catálogos, Manuales, fotografías, anexos técnicos y demás documentos de manera legible, de autoría del fabricante, referenciando cada partida y/o sub partida para demostrar el cumplimiento con las especificaciones indicadas en el Requerimiento, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que	3.1.2 Inciso A)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	3.1.2 Inciso B) Términos y Condiciones e)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple

Calle Peroteo Lopez 442, Col. Magisterial, C. P. 28030, Ciudad de Colima.
Tel. 312 514 6199, Ext. 111.
www.imss.gob.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GVR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Advanced Sterilization	AMC Biomedical	Aztec Medic	Bioginemd	Casonato Stelco	Comercializadora Lini	Corporativo en Servicio de Ingeniería Medica	Distribuidor Medico Tecnomed	Ingeniería en Equipos Médicos Valma
altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones										No cumple para los renglones 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 69 al 71, 72, 74, 106, 110, 111, 118, 160, 168, 179 al 190, 191, 192, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 214, 220, 221, Cumple para el resto
En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante o del titular del registro sanitario en original, en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que este manifieste respaldar la proposición técnica que se presente, por la (s) clave (s) en la (s) que participe y que asimismo lo respalda ante cualquier defecto de calidad, conforme al Anexo numero 12 (doce), el cual forma parte de los presentes requisitos.										
TERMINOS Y CONDICIONES d) punto II En el caso de ser fabricante o distribuidor se deberá presentar lo siguiente: - Carta de apoyo, bajo protesta de decir verdad, por parte del fabricante, distribuidor primario, o mayorista, para estos últimos dos, deberá de ser del titular del registro sanitario del insumo propuesto, debidamente firmado en hoja membretada, incluyendo número de calve ofertada, verificando por parte del instituto, cada uno de los insumos en que participe, así como copia de los documentos solicitados en el punto IV del inciso d de la presente solicitud, en caso de fabricante adecuar el escrito donde indique que es el fabricante de los equipos o insumos debidamente firmado en hoja membretada, incluyendo número de calve ofertada, verificando por parte del instituto, cada uno de los insumos en que participe, así como copia de los documentos solicitados en el punto IV del inciso d de la presente solicitud.	3.1.2 inciso C) Términos y condiciones d) punto II	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
CAUIDAD. - Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos vigentes siguientes:	3.1.2 inciso D)	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No cumple para partida 4, renglón

Calle Doctor Lopez 442, Col. Magisterial, C. P. 28050, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 0190, Ext. 111.
www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
GOBERNADOR



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Advanced Sterilization	AMC Biomedical	Aztec Medic	Bioglinemd	Casonato Stetco	Comercializadora Lini	Corporativo en Servicio de Ingeniería Médica	Distribuidor Médico Tecnomed	Ingeniería en Equipos Médicos Valima
a) Certificado vigente del Registro Sanitario por parte de COFEPRIS. b) En su caso, prórroga Registro Sanitario por parte de COFEPRIS. c) En el supuesto de que los consumibles no requieran de registro sanitario, deberán presentar constancia expedida por la SSA que lo exima lo mismo o podrá presentar listado expedido por COFEPRIS identificando debidamente el número de partida y clave propuesta. Podrá presentar una única lista indicando en ella las diferentes partidas que desee ofertar, cuando sea el caso. d) Certificado de Autorización de libre venta emitido en el país de origen. e) Certificado ISO 13485 solo para los equipos médicos. f) Alguno de los siguientes certificados de calidad de los consumibles y equipos: FDA, CEE, NOM e ISO9001 o más actual.										69 al 71. Cumple para el resto
El licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los bienes entregados serán nuevos y en ningún caso usados Términos y Condiciones. Punto V. El licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los consumibles o accesorios que deriven en requerimiento serán nuevos y en ningún caso usado, reconstruidos o remanufacturados	3.1.2 inciso D) Términos y condiciones, V	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Términos y Condiciones. d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. Punto IV. Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, los proveedores deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes: a. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se realizará al amparo de la legislación aduanera.	Términos y condiciones, d), IV, a.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GVR-050GVR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Advanced Sterilization	AMC Biomedical	Aztec Medic	Biogineimd	Casonato Stelco	Comercializadora Lini	Corporativo en Servicio de Ingeniería Médica	Distribuidor Médico Tecnomed	Ingeniería en Equipos Médicos Valma
Términos y condiciones a) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. V. El licitante deberá acompañar su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: • Aviso de Funcionamiento • Aviso de Responsable Sanitario	Términos y condiciones a), V.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Términos y Condiciones e), MUESTRAS. MUESTRAS: Los proveedores que deseen participar en la convocatoria de licitación deberán entregar muestras físicas de los bienes a ofertar una por cada partida y clave, las cuales deberán ser congruentes con su oferta técnica y económica, debidamente referenciadas y que servirán de apoyo para la evaluación técnica de las proposiciones presentadas, así como evaluación de calidad y de compatibilidad con los equipos médicos correspondientes. Las muestras deberán ser entregadas preferentemente de 24 horas antes y contener lo siguiente: 1. Número de evento licitatorio 2. Etiqueta correctamente identificadas con clave de cuadro básico, 3. Descripción. 4. Partida, renglón. 5. Proveedor La ausencia de dicha documentación será motivo de desechamiento de la propuesta.	Términos y Condiciones e), MUESTRAS.	Cumple	Cumple para los renglones 84, 85, 86, 215 y 218. No cumple para la partida 6, renglones 179 al 190.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple No cumple para 37, 38, 39, 41, 66, 67, 68 Cumple para el resto

Calle Doroteo Lopez 442, Col. Magisterial, C. P. 28050, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 6190. Ext. 111.
www.imss.gob.mx



2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Innovacion Medica y Tecnologias para la Salud MX	Intersurgical	La tienda Ortopedica	Laura Perez Juarez	Medeq Asesoria y Comercializadora	Medical Recovery	Meditva Medical	Preseta	Servicios Médicos y Técnicos
3.1 PROPUESTA TECNICA										
3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA										
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Numero 3 (tres), y anexo Numero 3 A (tres A), el cual forma parte de esta licitación.	3.1.2 Inciso A)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple para los renglones 69, 70, 71, 215, 216, 218, 219 Cumple para el resto	Cumple	Cumple
	3.1.2 Inciso B) Términos y Condiciones e)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple para los renglones 40, 57, 58, 77, 85, 121, 133, 142, 143, 162, 163, 167 Cumple para el resto
Para corroborar las especificaciones y características de los bienes, se requiere que los participantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales en original del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, en caso de estar en idioma inglés, deberá de presentar la traducción simple al español, y en caso de un idioma diferente al inglés, la traducción al español, deberá realizarse por un perito traductor autorizado, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las paginas, secciones y/o párrafos que soporten sus propuestas, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información.										
TERMINOS Y CONDICIONES e) Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.										
Para corroborar las especificaciones, El Oferente deberá presentar en forma digital los Catálogos, Manuales, fotografías, anexos técnicos y demás documentos de manera legible, de autoría del fabricante, referenciando cada partida y/o sub partida para demostrar el cumplimiento con las especificaciones indicadas en el Requerimiento, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de										



GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GVR-050GVR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Innovación Médica y Tecnologías para la Salud MX	Intersurgical	La tienda Ortopédica	Laura Perez Juarez	Medeq Asesoría y Comercializadora	Medical Recovery	Meditiva Medical	Presefa	Servicios Médicos y Técnicos
que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones										
En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante o del titular del registro sanitario en original, en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que este manifieste respaldar la proposición técnica que se presente, por la (s) clave (s) en la (s) que participe y que asimismo lo respalda ante cualquier defecto de calidad, conforme al Anexo número 12 (doce), el cual forma parte de los presentes requisitos.										
TERMINOS Y CONDICIONES										
d) punto II En el caso de ser fabricante o distribuidor se deberá presentar lo siguiente:										
- Carta de apoyo, bajo protesta de decir verdad, por parte del fabricante, distribuidor primario, o mayorista, para estos últimos dos, deberá de ser del titular del registro sanitario del insumo propuesto, debidamente firmado en hoja membretada, incluyendo número de calve ofertada, verificando por parte del instituto, cada uno de los insumos en que participe, así como copia de los documentos solicitados en el punto IV del inciso d de la presente solicitud, en caso de fabricante adecuar el escrito donde indique que es el fabricante de los equipos o insumos debidamente firmado en hoja membretada, incluyendo número de calve ofertada, verificando por parte del instituto, cada uno de los insumos en que participe, así como copia de los documentos solicitados en el punto IV del inciso d de la presente solicitud.	3.1.2 inciso C) Términos y condiciones d) punto II	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple para renglón 42 y 43. Cumple para el resto	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
CAUIDAD. - Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos vigentes siguientes:	3.1.2 inciso D)	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple para renglones 44, 216, 217	Cumple	Cumple	No Cumple para el renglón 62	Cumple	Cumple

Calle Pericón López 442, Col. Magisterial, C. P. 28030, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 6190, Ext. 111.
www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Innovacion Médica y Tecnologías para la Salud MX	Intequirgical	La tienda Ortopédica	Laura Perez Juarez	Medeq Asesoria y Comercializadora	Medical Recovery	Meditara Medical	Preseta	Servicios Médicos y Técnicos
a) Certificado vigente del Registro Sanitario por parte de COFEPRIS. b) En su caso, prórroga Registro Sanitario por parte de COFEPRIS. c) En el supuesto de que los consumibles no requieran de registro sanitario, deberán presentar constancia expedida por la SSA que lo exima del mismo o podrá presentar listado expedido por COFEPRIS identificando debidamente el número de partida y clave propuesta. Podrá presentar una única lista indicando en ella las diferentes partidas que desee ofertar, cuando sea el caso. d) Certificado de Autorización de libre venta emitido en el país de origen. e) Certificado ISO 13485 solo para los equipos médicos. f) Alguno de los siguientes certificados de calidad de los consumibles y equipos: FDA, CEE, NOM e ISO9001 o más actual. El licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los bienes entregados serán nuevos y en ningún caso usados Términos y Condiciones. Punto V. El licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los consumibles o accesorios que deriven en requerimiento serán nuevos y en ningún caso usado, reconstruidos o remanufacturados Términos y Condiciones. d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. Punto IV. Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, los proveedores deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes: a. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se realizará al amparo de la legislación aduanera.	3.1.2 Inciso D) Términos y condiciones, V	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple para el resto	Cumple	Cumple para el resto	Cumple	Cumple	Cumple
	Términos y condiciones, d), IV, a.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-0506GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Innovación Médica y Tecnologías para la Salud MX	Intersurgical	La tienda Ortopédica	Laura Perez Juarez	Medeq Asesoría y Comercializadora	Medical Recovery	Meditiva Medical	Presefa	Servicios Médicos y Técnicos
Términos y condiciones a) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. V. El licitante deberá acompañar su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: • Aviso de Funcionamiento • Aviso de Responsable Sanitario	Términos y condiciones a), V.	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Términos y Condiciones e), MUESTRAS. MUESTRAS: Los proveedores que deseen participar en la convocatoria de licitación deberán entregar muestras físicas de los bienes a ofertar una por cada partida y clave, las cuales deberán ser congruentes con su oferta técnica y económica, debidamente referenciadas y que servirán de apoyo para la evaluación técnica de las proposiciones presentadas, así como evaluación de calidad y de compatibilidad con los equipos médicos correspondientes. Las muestras deberán ser entregadas preferentemente de 24 horas antes y contener lo siguiente: 6. Número de evento licitatorio 7. Etiqueta correctamente identificadas con clave de cuadro básico, 8. Descripción. 9. Partida, renglón. 10. Proveedor	Términos y Condiciones e), MUESTRAS.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple para los renglones 37, 38 y 39 Cumple para el resto
La ausencia de dicha documentación será motivo de desechamiento de la propuesta.										

Calle Doctorso Lopez 442, Col. Magisterial, C. P. 29030, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 6199, Ext. 111.
www.imss.gob.mx





LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Victor Manuel Melo Serrano	Viter Medica
3.1 PROPUESTA TÉCNICA			
3.1.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA			
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Numero 3 (tres) , y anexo Numero 3 A (tres A) , el cual forma parte de esta licitación.	3.1.2 Inciso A)	Cumple	Cumple
	3.1.2 Inciso B) Términos y Condiciones e)	Cumple	Cumple
Para corroborar las especificaciones y características de los bienes, se requiere que los participantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales en original del fabricante, en el idioma del país de origen de los bienes, en caso de estar en idioma inglés, deberá de presentar la traducción simple al español, y en caso de un idioma diferente al inglés, la traducción al español, deberá realizarse por un perito traductor autorizado, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus propuestas, identificando el capítulo y el número de la página del documento del cual fue obtenida dicha información.			
TERMINOS Y CONDICIONES e) Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.			
Para corroborar las especificaciones, El Oferente deberá presentar en forma digital los Catálogos, Manuales, fotografías, anexos técnicos y demás documentos de manera legible, de autoría del fabricante, referenciando cada partida y/o sub partida para demostrar el cumplimiento con las especificaciones indicadas en el Requerimiento, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o			



GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Victor Manuel Melo Serrano	Viter Medica
alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones			
En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante o del titular del registro sanitario en original, en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que este manifieste respaldar la proposición técnica que se presente, por la (s) clave (s) en la (s) que participe y que asimismo lo respalda ante cualquier defecto de calidad, conforme al Anexo número 12 (doce), el cual forma parte de los presentes requisitos. TERMINOS Y CONDICIONES d) punto II En el caso de ser fabricante o distribuidor se deberá presentar lo siguiente: - Carta de apoyo, bajo protesta de decir verdad, por parte del fabricante, distribuidor primario, o mayorista, para estos últimos dos, deberá de ser del titular del registro sanitario del insumo propuesto, debidamente firmado en hoja membretada, incluyendo número de calve ofertada, verificando por parte del Instituto, cada uno de los insumos en que participe, así como copia de los documentos solicitados en el punto IV del inciso d de la presente solicitud, en caso de fabricante adecuar el escrito donde indique que es el fabricante de los equipos o insumos debidamente firmado en hoja membretada, incluyendo número de calve ofertada, verificando por parte del Instituto, cada uno de los insumos en que participe, así como copia de los documentos solicitados en el punto IV del inciso d de la presente solicitud.	3.1.2 inciso C) Términos y condiciones d) punto II	Cumple	Cumple
CALIDAD. - Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos vigentes siguientes:	3.1.2 inciso D)	Cumple	Cumple

Calidad. - Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos vigentes siguientes:

Calle Doctores Lopez 442, Col. Magisterial, C. P. 28030, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 0190, Ext. 111. www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUERTO RICO
GOBERNADOR Y OFICIALES



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Victor Manuel Mele Serrano	Viter Medica
a) Certificado vigente del Registro Sanitario por parte de COFEPRIS. b) En su caso, prórroga Registro Sanitario por parte de COFEPRIS. c) En el supuesto de que los consumibles no requieran de registro sanitario, deberán presentar constancia expedida por la SSA que lo exima del mismo o podrá presentar listado expedido por COFEPRIS identificando debidamente el número de partida y clave propuesta. Podrá presentar una única lista indicando en ella las diferentes partidas que desee ofertar, cuando sea el caso. d) Certificado de Autorización de libre venta emitido en el país de origen. e) Certificado ISO 13485 solo para los equipos médicos. f) Alguno de los siguientes certificados de calidad de los consumibles y equipos: FDA, CEE, NOM e ISO9001 o más actual. El licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los bienes entregados serán nuevos y en ningún caso usados Términos y Condiciones. Punto V. El licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los consumibles o accesorios que deriven en requerimiento serán nuevos y en ningún caso usado, reconstruidos o remanufacturados Términos y Condiciones. d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. Punto IV. Para aquellos bienes ofertados, de origen internacional, los proveedores deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes: a. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se realizará al amparo de la legislación aduanera.	3.1.2 Inciso D) Términos y condiciones, V	Cumple	Cumple
	Términos y condiciones, d), IV, a.	Cumple	Cumple



GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GVR-050GVR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Victor Manuel Melo Serrano	Viter Medica
Términos y condiciones a) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. V. El licitante deberá acompañar su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: - Aviso de Funcionamiento - Aviso de Responsable Sanitario	Términos y condiciones a). V.	Cumple	No Cumple
Términos y Condiciones e). MUESTRAS. MUESTRAS: Los proveedores que deseen participar en la convocatoria de licitación deberán entregar muestras físicas de los bienes a ofertar una por cada partida y clave, las cuales deberán ser congruentes con su oferta técnica y económica, debidamente referenciadas y que servirán de apoyo para la evaluación técnica de las proposiciones presentadas, así como evaluación de calidad y de compatibilidad con los equipos médicos correspondientes. Las muestras deberán ser entregadas preferentemente de 24 horas antes y contener lo siguiente: - Número de evento licitatorio - Etiqueta correctamente identificadas con clave de cuadro básico, - Descripción. - Partida, región. - Proveedor La ausencia de dicha documentación será motivo de desechamiento de la propuesta.	Términos y Condiciones e). MUESTRAS.	No Cumple	Cumple

Calle Doctora Lopez 442, Col. Magisterial, C. P. 28030, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 6199, Ext. 111.
www.imss.gob.mx

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

RESULTADO

1. El licitante **ADVANCED STERILIZATION, S. DE R.L. DE C.V.**, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA en el renglón 103. Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.
2. El licitante **AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.**, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA en los renglones 84, 85, 86, 215 y 218. Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.
NO CUMPLE para la partida 6 renglones 179 al 190, NO CUMPLE con lo solicitado en Bases Y Términos y condiciones, MUESTRAS, al no entregar muestra física de la partida en cuestión. No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta para estos renglones.
3. El licitante **AZTEC MEDIC, S.A. DE C.V.**, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA en los renglones 77, 86, 90, 99, 211 y 213. Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.
NO CUMPLE para el renglón 192, NO CUMPLE con lo solicitado en Junta de Aclaraciones pregunta 8, ya que entrega muestra física sin cable. No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta para estos renglones.
4. El licitante **BIOGINEMED, S.A. DE C.V.**, Renglón 36 NO CUMPLE.
NO CUMPLE con lo solicitado en Términos y Condiciones inciso d), punto V. NO PRESENTA Aviso de Funcionamiento.
NO CUMPLE con lo solicitado en Términos y Condiciones inciso d), punto V, NO PRESENTA Aviso de Responsable Sanitario.
NO CUMPLE con lo solicitado en Bases punto 3.1.2 Documentación Técnica, inciso D) Calidad, sub punto e) y f), no presenta certificado de calidad.
No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta.
5. El licitante **CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.**, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA en el renglón 104 y 105. Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.
6. El licitante **COMERCIALIZADORA LINI S.A. DE C.V.**, Partida 4, renglones 69 al 71, NO CUMPLE con lo solicitado en Bases punto 3.1.2 Documentación Técnica, inciso D) Calidad, sub punto e) y f), el certificado de calidad presentado expiro el pasado 2023-01-03.
No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta.

Calle Doroteo Lopez 412, Col. Magisterial, C. P. 28630, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 6199. Ext. 111.
www.imss.gob.mx



2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FERIA



GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

7. El licitante **CORPORATIVO EN SERVICIO DE INGENIERÍA MEDICA, S.A. DE C.V.**, NO CUMPLE en los renglones 76, 79, 85, 86, 134, 136, 159 y 191. NO CUMPLE con Términos y Condiciones inciso e) Catálogos de autoría del fabricante.
No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta.

8. El licitante **DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED S.A. DE C.V.**, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA en la partida 2, renglones 26 al 31. Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.

9. El licitante **INGENIERÍA EN EQUIPOS MÉDICOS VALMA, S.A. DE C.V.**, NO CUMPLE en los renglones 37,38,39,41 ya que las muestras presentadas son de origen Chino país que no cuenta con un tratado de libre comercio con México con título de compras gubernamentales. NO CUMPLE en los renglones 66, 67, 68 y 42 las muestras presentadas no guardan correspondencia a lo solicitado.

NO CUMPLE en los renglones 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 74, 103, 104, 105, 110, 111, 106, 118, 160, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 202, 204, 205 partida 7 renglones 206 y 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221. No cumple con lo señalado en bases 3.1.2 Documentación Técnica inciso C) y Términos y Condiciones inciso d) punto II.

NO CUMPLE en la partida 4, renglones 69 al 71, no presenta lo solicitado en Bases punto D) Calidad, sub inciso a) Registro Sanitario, ni con lo señalado en Términos y Condiciones inciso d) punto I. Copia del Registro Sanitario.

No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta para estos renglones.

CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA en el los renglones 62, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 193, 194, 195,196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 213 . Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.

10. El licitante **INNOVACIÓN MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, SA DE CV**, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA en la partida 1, renglones 1 al 25, renglones 158, 159, 211, 212. Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.

11. El licitante **INTERSURGICAL S.A. DE C.V.**, NO CUMPLE con su propuesta técnica.
NO CUMPLE con lo solicitado en Términos y Condiciones inciso d), punto V. NO PRESENTA Aviso de Funcionamiento.
NO CUMPLE con lo solicitado en Términos y Condiciones inciso d), punto V, NO PRESENTA Aviso de Responsable Sanitario.

Calle Peroteo Lopez 442, Col. Magisterial, C. P. 28030, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 6190, Ext. 111.
www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARIO DEL GOBIERNO
DE COLOMBIA



GOBIERNO DE
MÉXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



**LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.**

No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta.

12. El licitante **LA TIENDA ORTOPÉDICA, SA DE CV, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA** en el renglón 42. Cumpliando con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.

13. El licitante **LAURA PEREZ JUAREZ, NO CUMPLE** con su propuesta técnica.

NO CUMPLE con lo solicitado en Términos y Condiciones inciso d), punto V. **NO PRESENTA** Aviso de Funcionamiento.

NO CUMPLE con lo solicitado en Términos y Condiciones inciso d), punto V, **NO PRESENTA** Aviso de Responsable Sanitario.

NO CUMPLE renglón 42, la muestra presentada no guarda correspondencia con lo solicitado, presenta una pieza de mano para dental.

NO CUMPLE renglón 42 y 43, Presenta carta de apoyo de la empresa distribuidora Biomedica Latinoamericana, SA de CV y presenta Registro Sanitario a nombre del titular Deposito Dental Villa de cortes, SA de CV en el cual menciona que los insumos son fabricados por DENTRADE LLC., no cumple con lo solicitado en bases 3.2.1 documentación técnica inciso C), y términos y condiciones inciso d), punto II.

NO CUMPLE renglones 216 y 217. El certificado de calidad presentado 0085640 no cubre los alcances de certificación ya que el certificado cubre para: producción y distribución de colposcopios, estetoscopios, laringoscopios, sillars de ruedas, cuchillas quirúrgicas desechables y esfigmomanómetros aneroides, NO para micro nebulizadores con mascarilla o similares.

NO CUMPLE renglón 44. No presenta Registro Sanitario o constancia de no requerir registro sanitario por la SSA, no cumple con lo solicitado en bases punto 3.1.2 documentación técnica, inciso a) y c).

No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a) y f), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta.

14. El licitante **MEDEQ ASESORIA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA** en los renglones 211 y 212. Cumpliando con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta

15. El licitante **MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V., CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA** en la partida 6 renglones 179 al 190. Cumpliando con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.

16. El licitante **MEDITIVA MEDICAL, S.A. DE C.V., NO CUMPLE** renglones 62, 69, 70, 71, 215, 216, 218, 219.

No cumple renglón 62 no presenta certificado de calidad, no cumple con lo solicitado en bases de licitación punto 3.1.2 Documentación técnica inciso e), f).

No cumple en los renglones 69, 70, 71, 215, 216, 218, 219. De acuerdo a su propuesta técnico – económica los insumos ofertados son de origen Chino, país con el que México NO tiene un tratado de libre comercio con título de compras gubernamentales.

Calle Doroteo Lopez 442, Col. Magisterial, C. P. 28030, Ciudad de Colima.
Tel. 312 514 6199. Ext. 111.
www.imss.gob.mx



2024
FELIPE CARRILLO

Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GVR-050GVR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta para estos renglones..

CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA para los renglones 133, 144, 213 y 217. Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.

17. El licitante **PRESEFA, S.A. DE C.V.**, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA para la partida 3 renglones 32 al 35. Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.

18. El licitante **SERVICIOS MÉDICOS Y TÉCNICOS, S.A. DE C.V.**, NO CUMPLE con lo solicitado en Términos y Condiciones inciso d) punto V. El licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los consumibles o accesorios que deriven en requerimiento serán nuevos y en ningún caso usado, reconstruidos o remanufacturados.
Renglones 37, 38 y 39 de acuerdo a las muestras presentadas, estas son de origen Chino, país con el que México NO tiene un tratado de libre comercio con título de compras gubernamentales.

NO CUMPLE con los renglones 40, 57, 58, 77, 85, 121, 133, 142, 143, 162, 163, 167, no cumple con lo solicitado en Términos y Condiciones inciso e) Catálogos, Manuales, de autoría del fabricante.

NO CUMPLE con lo con los renglones 57 y 58, oferta de acuerdo a su propuesta técnica - económica marca Infra al igual que presenta certificado de calidad de la empresa Infra, S.A. de C.V., pero la carta de apoyo no corresponde a la empresa fabricante ni a la marca del fabricante, presenta carta de apoyo de Manuel Demetrio Lopez Sanchez.

No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta para estos renglones.

19. El licitante **Victor Manuel Melo Serrano**, NO CUMPLE con lo solicitado para los renglones 56, 57, 58, 59, 60, no cumple con lo solicitado en bases y Términos y Condiciones punto 2 inciso e) punto MUESTRAS:

Los proveedores que deseen participar en la convocatoria de licitación deberán entregar muestras físicas de los bienes a ofertar una por cada partida y clave, las cuales deberán ser congruentes con su oferta técnica y económica, debidamente referenciadas y que servirán de apoyo para la evaluación técnica de las proposiciones presentadas, así como evaluación de calidad y de compatibilidad con los equipos médicos correspondientes.

Las muestras deberán ser entregadas preferentemente de 24 horas antes y contener lo siguiente:

Número de evento licitatorio
Etiqueta correctamente identificadas con clave de cuadro básico.
Descripción.
Partida, renglón.
Proveedor

Calle Decreto Lopez 442, Col. Magisterial, C. P. 28030, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 6199, Ext. 111.
www.imss.gob.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO.

La ausencia de dicha documentación será motivo de desechamiento de la propuesta

Las muestras presentadas solo indican el número de renglón.

NO CUMPLE renglón 59 la muestra entregada no cumple con lo solicitado en bases, punto 2, Muestras Términos y Condiciones inciso e) muestras, junta de aclaraciones respuestas 7, 39, 46, 55, 66 y 72, Deberá entregar una muestra por renglón a ofertar, cumpliendo con la descripción solicitada, nueva, funcional.

No guarda correspondencia su oferta con lo solicitado por la convocante, incurriendo en el numeral 9 inciso a), causas de desechamiento, por lo que no se acepta técnicamente su propuesta.

20. El licitante **VITER MEDICAL, SA DE CV, CUMPLE CON SU PROPUESTA TÉCNICA** para el renglón 61 y la partida 5 renglones 149 al 157. Cumpliendo con el numeral 3.1.2 y Términos y Condiciones, por lo que se acepta su propuesta.

Con fundamento en el Numeral 4.21 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos; LICITACIÓN PUBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-
GYR-050GYR012-T-133-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO, GRUPO 379., se designó para Realizar la Evaluación Técnica de las Proposiciones quien firma a continuación:

Colima, Col., 25 de octubre de 2024.


Ing. Eduardo Aguilar Rentería
Coordinador de Ingeniería Biomédica



Dr. Francisco Manuel Escalante Nieto
Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Calle Doroteo López 442, Col. Registral. C. P. 28030, Ciudad de Colima.
Tel. 312 314 6199, Ext. 111. www.imss.gob.mx



[illegible]

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024

EVALUACION A LA DOCUMENTACION LEGAL - ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO NUMERAL 3.1.1 Y 3.2

NÚMERO >>>>>>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	NÚMERAL 3.1.1 INCISO A)	NÚMERAL 3.1.1 INCISO B)	NÚMERAL 3.1.1 INCISO C)	NÚMERAL 3.1.1 INCISO D)	NÚMERAL 3.1.1 INCISO E)	NÚMERAL 3.1.1 INCISO F)	NÚMERAL 3.1.1 INCISO G)	NÚMERAL 3.1.1 INCISO H)	NÚMERAL 3.1.1 INCISO I)	NÚMERAL 3.1.1 INCISO J)	NÚMERAL 3.2
PREFEZA SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VICTOR MANUEL MELLO SERDANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VITER MEDICAL SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RESULTADO: LOS LICITANTES ARRIBA SEÑALADOS CUMPLEN LEGAL ADMINISTRATIVAMENTE CON LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 3.1 INCISOS A) al J) y NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE ACEPTAN SUS PROPUESTAS.

AMC BIOMEDICAL SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE RENGONES 84, 85, 86, 215 Y 218 NO CUMPLE RENGONES 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 Y 190 YA QUE NO SE PLASMAN DICHAS PARTIDAS EN EL ESCRITO ANEXO NUMERO TRECE (13) CUMPLE RENGLON 217 NO CUMPLE RENGONES 69, 70, 71, 215, 216, 218 Y 219 SON DE CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDITIVA MEDICAL SA DE CV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RESULTADO: EL LICITANTE AMC BIOMEDICAL SA DE CV, CUMPLE LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE CON LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 3.1.1 INCISOS A) al J) Y NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA PARA LOS RENGONES 84, 85, 86, 215 Y 218 POR LO QUE SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA DICHAS PARTIDAS. NO CUMPLE CON EL NUMERAL 3.1.1 INCISO G) PARA LOS RENGONES 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 Y 190 YA QUE NO SE PLASMAN DICHOS RENGONES EN EL ESCRITO ANEXO NUMERO TRECE (13), INCURRIENDO EN EL NUMERAL 9 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA LOS RENGONES ANTES MENCIONADOS.

RESULTADO: EL LICITANTE MEDITIVA MEDICAL SA DE CV, CUMPLE LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE CON LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 3.1.1 INCISOS A) al J) y NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA PARA LOS RENGONES 62, 133, 144, 213 Y 217 POR LO QUE SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA DICHOS RENGONES. NO CUMPLE CON EL NUMERAL 3.1.1 INCISO G) PARA LOS RENGONES 69, 70, 71, 215, 216, 218 Y 219 YA QUE PRESENTA BIENES DE ORIGEN DE CHINA Y EL CARACTER DEL PROCEDIMIENTO ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES Y NO SE TIENE TRATADO CON DICHO PAIS, INCURRIENDO EN EL NUMERAL 9 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA LOS RENGONES ANTES MENCIONADOS.

LIC. MONSERRAT MEDINA PALOMEA
COMPRADOR ESPECIALIZADO

C. VICTOR HUGO RAMIREZ HERNANDEZ
JEFE OFICINA ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS

C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NUÑEZ
TITULAR DEL DEPTO: ADQUISICION DE BIENES

LIC. LUIS GODINEZ CRUZ
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO