



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL DÍA **05 DE JUNIO DE 2024**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COL. ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA. -----

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, HACE EL USO DE LA PALABRA, EL **ING. MANUEL FERNANDO REYES MUGÜERZA**, TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DANDO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HACIENDO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.-----

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE PLASMAN LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA QUE SEAN CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACION DE SUS PROPOSICIONES.-----

MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA

MODIFICACION N° 1

SE MODIFICA EL **ANEXO N ° 4 ANEXO TÉCNICO** UNICAMENTE EL **INCISO A)** LO REFERENTE AL REQUERIMIENTO RESPECTO AL ORDEN Y AGRUPAMIENTO DE LAS PARTIDAS, YA QUE ESTABAN AGRUPADAS DEL RENGLÓN 1 AL 10, COMO **PARTIDA 1**, POR LO QUE SE MODIFICAN SIENDO PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10, CON LO CUAL LAS PARTIDAS EN TOTAL SERÁN DE 33 DEL PRESENTE REQUERIMIENTO, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:-----

DICE:

ANEXO N ° 4 ANEXO TÉCNICO

- a) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas, unidad de medida, en su caso equipos, consumibles y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos, cantidades por partida, indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI, PREI millenium (en el caso de bienes terapéuticos se debe se deben de indicar las claves del CBI de insumos para la Salud o la del Compendio Nacional de Insumos para la salud en el caso de bienes de consumos la clave del CGA, y para Servicios Médicos Integrales la clave del CSMI) En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento deben incluir la clave CUCOP que le corresponda.

El Instituto a fin de garantizar la oferta de servicios médicos de calidad y oportunidad, que satisfagan las necesidades y expectativas de la población derechohabiente, es preciso reforzar el equipo médico del segundo nivel de atención medica del instituto

En ese contexto, la **Adquisición de Equipamiento Médico y Mobiliario Administrativo para la Sala de Hemodinamia del HGZ No. 1 Villa de Álvarez** tiene por objeto de dotar y reforzar los servicios médicos para la



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

atención de segundo nivel, mismos que son requeridos para la atención y cuidado al derechohabiente de manera cotidiana en el instituto.

PART.	CLAVE CUCOP	PREI	DESCRIPCION	CANT.	ADEC. ESPACIO FISICO	INST.	CAP.	EQUIPO COMPLEMENTARIO
1	53101-1330	21452	ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (P	1	REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO TRANSFORMADOR ELECTRICO
	53101-1328	17409	ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD D	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
	53101-1858	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
	53101-1417	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
	53101-1716	16398	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
	53101-1411	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
	53101-1394	11697	CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
	53101-1779	12117	SABANA TERMICA CON AIRE CALIEN	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
	53101-2085	12010	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BI	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
	53101-1650	11947	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUE	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
2	51901-0229	19066	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO 7.	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
3	51201-0109	20166	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM C	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
4	51201-0066	20156	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DI	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
5	51201-0054	20549	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
6	51101-0115	19976	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS	3	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
7	51201-0062	20153	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONE	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
8	51101-0260	20151	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
9	51101-0257	20120	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENS	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
10	51101-0298	20583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE	4	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
11	51101-0160	19993	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA D	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
12	51101-0248	20015	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
13	51101-0233	20554	SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJ	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
14	51201-0139	20187	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENE	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
15	51201-0402	20051	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIM	5	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
16	51201-0431	20060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS.	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
17	51101-0308	20070	PIZARRON DE 120 CM	1	NO	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

			MAGNETICO D		REQUIERE			
18	53101-6578	20142	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO.	6	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
19	51201-0057	20147	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
20	51201-0060	20148	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
21	53201-0456	20145	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSION	4	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
22	51201-0154	20195	RIEL PORTAVENOCLISIS. DIMENSIO	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
23	53201-0458	20205	ORINAL PARA VARONES. DIMENSION	4	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
24	53201-0461	20197	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 5	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE

Las propuestas técnicas entregadas por los licitantes deberán cumplir con todos los requerimientos técnicos funcionales y no funcionales indicados en este apartado para que dichas propuestas técnicas sean consideradas para su evaluación.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en este anexo técnico, describiendo en forma amplia y detallada del bien que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en el presente documento y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

Los bienes que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en **Anexo 1 (uno)** "Descripción, Unidad y Cantidad" y **Anexo 2 (dos)** "Cédulas de Descripción", los cuales forman parte del presente documento, y que corresponde con la descripción de los Artículos en el Cuadro Básico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

DEBE DECIR:

ANEXO N ° 4 ANEXO TÉCNICO

- a) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas, unidad de medida, en su caso equipos, consumibles y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos, cantidades por partida, indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI, PREI millenium (en el caso de bienes terapéuticos se debe de indicar las claves del CBI de insumos para la Salud o la del Compendio Nacional de Insumos para la salud en el caso de bienes de consumos la clave del CGA, y para Servicios Médicos Integrales la clave del CSMI) En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento deben incluir la clave CUCOP que le corresponda.

El Instituto a fin de garantizar la oferta de servicios médicos de calidad y oportunidad, que satisfagan las necesidades y expectativas de la población derechohabiente, es preciso reforzar el equipo médico del segundo nivel de atención medica del instituto



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

En ese contexto, la **Adquisición de Equipamiento Médico y Mobiliario Administrativo para la Sala de Hemodinamia del HGZ No. 1 Villa de Álvarez** tiene por objeto de dotar y reforzar los servicios médicos para la atención de segundo nivel, mismos que son requeridos para la atención y cuidado al derechohabiente de manera cotidiana en el instituto.

PART.	CLAVE CUCOP	PREI	DESCRIPCION	CANT.	ADEC. ESPACIO FISICO	INST.	CAP.	EQUIPO COMPLEMENTARIO
1	53101-1330	21452	ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (P	1	REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO TRANSFORMADOR ELECTRICO
2	53101-1328	17409	ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD D	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
3	53101-1858	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
4	53101-1417	16314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
5	53101-1716	16398	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
6	53101-1411	11713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
7	53101-1394	11697	CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
8	53101-1779	12117	SABANA TERMICA CON AIRE CALIEN	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
9	53101-2085	12010	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BI	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
10	53101-1650	11947	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUE	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
11	51901-0229	19066	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO 7.	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
12	51201-0109	20166	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM C	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
13	51201-0066	20156	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DI	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
14	51201-0054	20549	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
15	51101-0115	19976	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS	3	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
16	51201-0062	20153	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONE	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
17	51101-0260	20151	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
18	51101-0257	20120	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENS	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
19	51101-0298	20583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE	4	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
20	51101-0160	19993	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA D	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
21	51101-0248	20015	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

22	51101-0233	20554	SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJ	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
23	51201-0139	20187	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENE	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
24	51201-0402	20051	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIM	5	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
25	51201-0431	20060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS.	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
26	51101-0308	20070	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO D	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
27	53101-6578	20142	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO.	6	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
28	51201-0057	20147	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
29	51201-0060	20148	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
30	53201-0456	20145	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSION	4	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
31	51201-0154	20195	RIEL PORTAVENOCLISIS. DIMENSIO	2	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
32	53201-0458	20205	ORINAL PARA VARONES. DIMENSION	4	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE
33	53201-0461	20197	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 5	1	NO REQUIERE	REQUIERE	REQUIERE	NO REQUIERE

Las propuestas técnicas entregadas por los licitantes deberán cumplir con todos los requerimientos técnicos funcionales y no funcionales indicados en este apartado para que dichas propuestas técnicas sean consideradas para su evaluación.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en este anexo técnico, describiendo en forma amplia y detallada del bien que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en el presente documento y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

Los bienes que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en **Anexo 1 (uno)** "Descripción, Unidad y Cantidad" y **Anexo 2 (dos)** "Cédulas de Descripción", los cuales forman parte del presente documento, y que corresponde con la descripción de los Artículos en el Cuadro Básico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

MODIFICACION N° 2

DICE:

3.2. PROPUESTA ECONÓMICA:

LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ CONTENER LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS, INDICANDO LA CLAVE/PARTIDA, DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, REGISTRO SANITARIO/NORMA, MARCA, PAÍS DE ORIGEN, FABRICANTE, CANTIDAD REQUERIDA, PRECIO UNITARIO OFERTADO, IMPORTE



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

OFERTADO, SUBTOTAL Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES OFERTADOS, DESGLOSANDO EL IVA, CONFORME AL **ANEXO NÚMERO 2 (DOS)**.

LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR LOS BIENES A PRECIOS FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LAS PROPUESTAS DEBERÁN ELABORARSE A 2 (DOS) DECIMALES.

DEBE DECIR:

3.2. PROPUESTA ECONÓMICA:

LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ CONTENER LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS, INDICANDO, NOMBRE DEL LICITANTE, PARTIDA, CLAVE SAI, CLAVE PREI, DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE, MARCA, PAÍS DE ORIGEN, MODELO, FABRICANTE, CATALOGO, CANTIDAD REQUERIDA, PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA, IMPORTE OFERTADO, SUBTOTAL Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES OFERTADOS, DESGLOSANDO EL IVA, ENTRE OTROS, CONFORME AL **ANEXO NÚMERO 2 (DOS)**.
LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR LOS BIENES A PRECIOS FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LAS PROPUESTAS DEBERÁN ELABORARSE A 2 (DOS) DECIMALES.

NOTA: DEBERA DE ADJUNTAR EL ARCHIVO EDITABLE EN EXCEL "**REQUERIMIENTO**" INSERTO EN EL **ANEXO No. 2 DE LA CONVOCATORIA**; CON LOS PRECIOS OFERTADOS.

MODIFICACION N° 3

SE MODIFICA EL **ANEXO N ° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES**, DE LA CONVOCATORIA, ÚNICAMENTE LO REFERENTE AL INCISO F), COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN, REFERENTE A LA OBLIGACIÓN DE LOS LICITANTES DE ASISTIR A LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LO CUAL SE MODIFICA EN EL SENTIDO DE NO SER OBLIGATORIA.

DICE:

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

Con base al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017; Sección IV "Visitas". Se les informa a los Licitantes que las visitas solo podrán ser efectuadas a partir de los tres días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria y hasta dos días hábiles previos a la presentación y apertura de proposiciones, en horario de 8:00 a 18:00 horas y en días hábiles para el Instituto, para lo cual el licitante deberá ponerse en contacto a los siguientes correos, con al menos dos días hábiles para el Instituto previas a la fecha probable de visita, en horario de 8:00 a 18:00 horas y en días hábiles para el Instituto para que éste le asigne y deje constancia, de la fecha y hora programada, el objeto y lugar de la reunión, así como el nombre del servidor público designado para llevarla a cabo

- Dr. Mario Arturo Mercado Moran – Director.
- Ing. Rafael Hernandez Anguiano – Jefe de Conservación
- Ing. Rodrigo Leonilo Delgado Velazquez – Ingeniero Biomédico Delegacional

Las visitas a las instalaciones institucionales deberán llevarse a cabo de manera obligatoria, por lo que el proveedor deberá realizar un levantamiento físico en la unidad médica destino de los bienes, a fin de



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los bienes por ofertar, así mismo deberá presentar en su propuesta el documento conforme al Anexo 10 (diez) "Formato de carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de la unidad médica que corresponda", de realizar los trabajos necesarios de adecuación en la unidad médica hospitalaria destino del equipo, para la adecuada instalación de los bienes que garantice su correcto y óptimo funcionamiento.

Con su propuesta técnica deberá incluir las constancias de visita, deberá contener como mínimo: nombre de unidad médica, fecha de la visita; el nombre, firma y matrícula del personal del Instituto que atendió la visita, así como el nombre, cargo y firma del personal de la empresa proveedor asistente; en hoja membretada de la empresa participante, conforme al Anexo 10 (diez) "Formato de carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de la unidad médica que corresponda", de la presente convocatoria.

La visita a las instalaciones Institucionales tiene por finalidad que cada proveedor tome en consideración los espacios físicos y en su caso las adecuaciones a la sala que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, dentro de su propuesta, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los bienes deberán ubicarse.

Todas las adecuaciones que se requieran para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, serán a cargo del Proveedor, quien se compromete a cumplir cabalmente la instalación de los bienes en los que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos de adecuación de espacio físico en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, necesarios y directamente relacionados con la instalación del bien así como su correcto funcionamiento.

El importe de los gastos generados por la(s) visita(s) a las instalaciones referidas en los párrafos anteriores, correrá absolutamente por cuenta del proveedor.

DEBE DECIR:

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

Con base al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017; Sección IV "Visitas". Se les informa a los Licitantes que las visitas solo podrán ser efectuadas a partir de los tres días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria y hasta dos días hábiles previos a la presentación y apertura de proposiciones, en horario de 8:00 a 18:00 horas y en días hábiles para el Instituto, para lo cual el licitante deberá ponerse en contacto a los siguientes correos, con al menos dos días hábiles para el Instituto previas a la fecha probable de visita, en horario de 8:00 a 18:00 horas y en días hábiles para el Instituto para que éste le asigne y deje constancia, de la fecha y hora programada, el objeto y lugar de la reunión, así como el nombre del servidor público designado para llevarla a cabo:

- Dr. Mario Arturo Mercado Moran – Director
- Ing. Rafael Hernandez Anguiano – Jefe de Conservación
- Ing. Rodrigo Leonilo Delgado Velazquez – Ingeniero Biomédico Delegacional



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

Las visitas a las instalaciones institucionales **será opcional**, sin embargo en la visita el proveedor podrá realizar un levantamiento físico en la unidad médica destino de los bienes, a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los bienes por ofertar, así mismo deberá presentar en su propuesta el documento conforme al Anexo 10 (diez) "Formato de carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de la unidad médica que corresponda", de realizar los trabajos necesarios de adecuación en la unidad médica hospitalaria destino del equipo, para la adecuada instalación de los bienes que garantice su correcto y óptimo funcionamiento.

Podrá incluir en su propuesta técnica la constancias de visita, que podrá contener como mínimo: nombre de unidad médica, fecha de la visita; el nombre, firma y matrícula del personal del Instituto que atendió la visita, así como el nombre, cargo y firma del personal de la empresa proveedor asistente; en hoja membretada de la empresa participante, conforme al Anexo 10 (diez) "Formato de carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de la unidad médica que corresponda", de la presente convocatoria.

La visita a las instalaciones Institucionales tiene por finalidad que cada proveedor tome en consideración los espacios físicos y en su caso las adecuaciones a la sala que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, dentro de su propuesta, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los bienes deberán ubicarse.

Todas las adecuaciones que se requieran para la instalación y adecuado funcionamiento del bien serán a cargo del Proveedor, quien se compromete a cumplir cabalmente la instalación de los bienes en los que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos de adecuación de espacio físico en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, necesarios y directamente relacionados con la instalación del bien, así como su correcto funcionamiento.

El importe de los gastos generados por la(s) visita(s) a las instalaciones referidas en los párrafos anteriores, correrá absolutamente por cuenta del proveedor.

MODIFICACION N° 4

SE MODIFICA EL ARCHIVO DIGITAL REQUERIDO EN EL ANEXO N° 2 PROPOSICION TECNICO-ECONOMICA, DENOMINADO "**REQUERIMIENTO**" EL CUAL SE LE AGREGAN LAS SIGUIENTES COLUMNAS; LICITANTE, PRESENTACIÓN, NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, NUMERO DE REGISTRO SANITARIO, MARCA, PAÍS DE ORIGEN, NOMBRE DEL FABRICANTE, NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA DEL FABRICANTE, CANTIDAD OFERTADA, PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA, IMPORTE, CONFORME A LO SIGUIENTE:

DICE:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CLAVE CUCOP	ID PREI	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	UNIDAD DE DESTINO	LOCALIDAD	UI	No. DE BIENES REQUERIDOS
---------	-------------	-------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------------------	-----------	----	--------------------------



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

DEBE DECIR:

LICITA NTE	PARTI DA	DESCRIPC IÓN	CLAV E CUC OP	ID PR EI	OP O	GE N	ES P	DI F	VA R	DESCRIPC IÓN LARGA	UNIDA D DE DESTI NO	LOCALID AD	PRESENTA CIÓN	NOMBR E DEL TITULA R DEL REGIST RO SANITA RIO	NUMER O DE REGIST RO SANITA RIO	MAR CA	PAÍS DE ORIG EN	NOMBRE DEL FABRICA NTE	NOMBRE DEL DISTRIBUI DOR MAYORIST A DEL FABRICAM TE	CANTID AD OFERTA DA	PRECIO UNITARI O OFERTA DO SIN IVA	IMPOR TE
---------------	-------------	-----------------	------------------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------------------	------------------------------	---------------	------------------	--	--	-----------	--------------------------	---------------------------------	--	------------------------------	---	-------------

MODIFICACION N° 5

SE MODIFICA EL NUMERAL 9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, ÚNICAMENTE EL INCISO F), PARA QUEDAR COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:-----

DICE:

9. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

F) Cuando no cotice el total de las claves que se integran en cada partida.

DEBE DECIR:

9. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

F) Cuando no cotice la cantidad requerida en cada partida.

MODIFICACION N° 6

SE MODIFICA EL NUMERAL 16. FUENTE DE ABASTECIMIENTO, LO CUAL CONSISTE EN MODIFICAR LA ÚLTIMA VIÑETA Y ELIMINAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO, PARA QUEDAR COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: -----

DICE:

16. FUENTE DE ABASTECIMIENTO

- ✓ Se establece una sola fuente de abasto por partida.
- ✓ Sera(n) contrato(s) cerrado(s).
- ✓ Se adjudicará **por partida** a proveedor único con el total de las claves que se integren en dicha cada partida.

NOTA: La **PARTIDA 1** incluye los renglones del **1 al 10**, el resto de las partidas son un renglón por partida.

DEBE DECIR:

16. FUENTE DE ABASTECIMIENTO

- ✓ Se establece una sola fuente de abasto por partida.
- ✓ Sera(n) contrato(s) cerrado(s).
- ✓ Se adjudicará **por partida** a proveedor único con el total de la cantidad requerida en cada partida.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

MODIFICACION N° 7

SE ADICIONA A LA PRESENTE CONVOCATORIA EL **ANEXO NÚMERO 19 "PLANO SALA DE HEMODINAMIA"**. --

LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DETALLADAS ANTERIORMENTE SE REALIZAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEBERÁN SER OBSERVADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES. -----

MODIFICACION N° 8

SE MODIFICA EL NUMERAL 1.1. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD, REFERENTE A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PARA QUEDAR COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:-----

DICE:

1.1. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el **Anexo Número 4**, el cual forma parte integrante de esta licitación.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta licitación, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

EVENTOS	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	12/06/2024	10:00 HORAS	COMPRANET 2023 https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

DEBE DECIR:

1.1. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el **Anexo Número 4**, el cual forma parte integrante de esta licitación.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta licitación, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

EVENTOS	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	14/06/2024	10:00 HORAS	COMPRANET 2023 https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

SE INFORMA QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET 2023), SE RECIBIERON **CINCO (5)** SOLICITUD DE ACLARACIONES, LAS CUALES CONTIENEN **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159)** PREGUNTAS, Y ESCRITOS DE INTERES EN PARTICIPAR DE LOS LICITANTES QUE SE MUESTRA EN LA TABLA A CONTINUACION.-----

Nº	LICITANTE	MANIFIESTO DE INTERES	NÚMERO DE REPREGUNTAS
1	ADALU INGENIERIA SA DE CV	SI	0
2	AUG SA DE CV	SI	7
3	BOUNES SA DE CV	SI	0
4	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	SI	12
5	CONDUIT LIFE SA DE CV	SI	0
6	EQUIPO MEDICO Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	SI	0
7	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SI	56
8	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	SI	23
9	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PROEMSA SA DE CV	SI	0
10	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	SI	61
11	POLAR HOSPITALARIA SA DE CV	SI	0
12	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	SI	0
13	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	SI	0
14	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	SI	0
15	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	SI	0
16	VITER MEDICAL SA DE CV	SI	0

ASIMISMO, ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO **46 FRACCION II**, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y AL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACION PRESENTADA CONFORME SE ESTIPULA EN EL ARTICULO 46 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:-----

Nº	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	588455	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	1.4.9	CLAVE 531.941.0279.04.01 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.4.9 PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ABS (CMH2O) COMO LÍMITE INFERIOR: 0. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN VENTILACION EL 0 NO ES VALOR MEDIBLE, EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON UN LÍMITE INFERIOR DE 1 QUE ES UNA MEDICIÓN CUANTIFICABLE. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿FAVOR DE ACLARAR?	NO SE ACEPTA, PUESTO QUE 0 ES UN LÍMITE INFERIOR A 1 QUE OFERTA SU TECNOLOGIA. FAVOR DE PRESENTAR PROPUESTA DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 (DOS) CEDULAS DESCRIPCION DE ARTICULOS



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

2	588456	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	1.3.1	CLAVE 531.941.0279.04.01 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.3.1 UNA PANTALLA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED, SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. Y MÁS ADELANTE DESCRIBEN EN EL PUNTO 1.8.9 SISTEMA DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR ADEMÁS DE CONTAR CON UNA PANTALLA TÁCTIL DEBERÁ DE TENER UN BOTÓN DE MANDO GIRATORIO IGR PARA LOS AJUSTES DEL EQUIPO ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACION, ADEMÁS DE CONTAR CON UNA PANTALLA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED, SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DEBERAN CONTAR CON UN SISTEMA DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARAMETROS DE CONTROL.
3	588457	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	1.8.7	CLAVE 531.941.0279.04.01 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.8.7 UNA MOCHILA ASA Y SOPORTE O BRAKET PARA CAMILLA, EN NUESTRA TECNOLOGÍA SOLO CONTAMOS CON EL SOPORTE O BRAKET PARA CAMILLA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
4	588458	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	1.1.9.1	CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.1.9.1 DOS CAJONES CON SET DE DIVISORES PARA AL MENOS CUATRO DIVISIONES POR CAJÓN, DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLE, PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL, INDICANDO NÚMERO DE PARTE. EN NUESTRA TECNOLOGÍA ESTOS CAJONES FORMAN PARTE DEL EQUIPO, POR LO CUAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE REFERENCIAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA ESTOS CAJONES CON LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
5	588459	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	1.1.13.3	CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.1.13.3 MASCARILLAS REUSABLES, CON ALMOHADILLA EN TODO EL CONTORNO, LIBRE DE LÁTEX. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). EN NUESTRA TECNOLOGÍA ESTAS MASCARILLAS FORMAN PARTE DEL REANIMADOR PULMONAR, POR LO TANTO, TIENEN EL MISMO NÚMERO DE PATE QUE EL REANIMADOR, POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE REFERENCIAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA ESTAS MASCARILLAS CON LA MISMA MARCA Y MODELO DEL REANIMADOR PULMONAR. ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

6	588460	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	1.2.1	CLAVE: 531.562.1457.01 LA LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.2.1 PROPORCIONE UNA INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES O MAYOR, A UNA DISTANCIA ENTRE 40 Y 60CM. PREGUNTA: DEBIDO A LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO, EN NUESTRA TECNOLOGIA CONTAMOS CON UNA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN DE 100.000 LUXES A 50 CM DE DISTANCIA QUE SUPERA LOS 20.000 LUXES SOLICITADAS POR USTEDES Y QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DE DISTANCIA REQUERIDO POR LA CONVOCANTE. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS ACEPTE OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
7	588482	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	SIN PUNTO	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI ES POSIBLE REFERENCIAR DE FORMA GRÁFICA ALGUNOS PUNTOS DE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE NO SE ENCUENTREN DE FORMA TEXTUAL EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES Y QUE PUEDAN VERSE/REFERENCIARSE DE FORMA GRÁFICA. ¿FAVOR DE ACLARAR?	DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 3.1.2 INCISO B, DEBERAN ENTREGAR EN FORMA DIGITAL CATALOGOS, MANUALES, FOTOGRAFIAS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ANEXO 2 (DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
8	588483	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	3.5	CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. SOLICITAN EN EL PUNTO 3.5 AL MENOS UNA BOLSA CON 100 SELLOS DE GARANTÍA DE PLÁSTICO DESECHABLES, INDICANDO MARCA Y NÚMERO DE PARTE. EN NUESTRA TECNOLOGÍA ESTOS SELLOS SON GENÉRICOS, POR LO QUE PUEDEN SER DE VARIAS MARCAS Y DISTINTOS NÚMEROS DE PARTE, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA Y SEA POSIBLE REFERENCIAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA ESTOS SELLOS COMO GENÉRICOS Y SIN NÚMERO DE PARTE ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
9	588485	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	1.2.2	CLAVE SAI 531.562.1457.01.01 LAMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.2.2 TEMPERATURA DE COLOR ENTRE 5,000 GRADOS KELVIN Y 6,500 GRADOS KELVIN. PREGUNTA: DEBIDO A LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO, EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON UNA TEMPERATURA DE COLOR CON RANGO DE 3000 A 5500 °K QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO POR USTEDES. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS ACEPTE OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA CUMPLE CON EL RANGO DE COLOR SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

10	588486	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	1.5	CLAVE SAI 531.562.1457.01.01 LAMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.5 DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN VARIABLE, A UNA DISTANCIA FIJA. DEBIDO A LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO, EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON UN DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN FIJA DENTRO DEL RANGO DE 18 A 26 CM, POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS ACEPTE OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿FAVOR DE ACLARAR?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE PRESENTAR PROPUESTA DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 (DOS) CEDULAS DESCRIPCION DE ARTICULOS
11	588501	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	1.4	CLAVE SAI 531.562.1457.01.01 LAMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.4 LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE DE 100 CM COMO MÍNIMO. PREGUNTA: DEBIDO A LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON UN BRAZO FLEXIBLE DIVIDA EN 2 SEGMENTOS. EL PRIMERO CON 59 CM FLEXIBLE A 90° Y EL SEGUNDO CON 49 CM FLEXIBLE A 180°, POR LO QUE JUNTOS SUMAN 108 CM Y ESTAMOS SEGUROS DE QUE CON ESTO CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR LA LONGITUD DE NUESTRA TECNOLOGÍA ¿FAVOR DE ACLARAR?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, PUESTO QUE EL BRAZO FLEXIBLE DE SU OFERTA TIENE UN LIMITE DE FLEXION A 90° Y 180°, LIMITANDO LA FLEXIBILIDAD DE LA TOTALIDAD DEL BRAZO. FAVOR DE PRESENTAR PROPUESTA DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 (DOS) CEDULAS DESCRIPCION DE ARTICULOS
12	588538	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 4.24.3	SOLICITAN EN EL ANEXO TÉCNICO (4.24.3) EN LA PARTIDA 1, QUE SE OFERTE ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR, ANESTESIA INTERMEDIA, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR, CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO, MONITOR DE SIGNOS VITALES, ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL, CAMA CAMILLA RADIOTRANSARENTE, SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE, MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BI, LAMPARA DE EXAMINACION. ENTENDEMOS QUE SI NO SE COTIZAN TODAS LAS CLAVES QUE INTEGRA DICHA PARTIDA POR UN SOLO PROVEEDOR, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿FAVOR DE ACLARAR?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ES POSIBLE REALIZAR LA COTIZACION POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS, SIN SER OBLIGATORIO LA COTIZACION DEL TOTAL DE CLAVES SEÑALADAS EN SU PREGUNTA.
13	588578	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO	1.- PARTIDA 1, ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C1. EXPERIENCIA. C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C2. ESPECIALIDAD D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. D1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LOS CONTRATOS SOLICITADOS DEBEN DE SER DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO DE HEMODINAMIA/ANGIOGRAFO. ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. DEBERAN DOCUMENTAR CONTRATOS DE ADQUISICION DE ANGIOGRAFO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

14	588579	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO	3- PARTIDA 1, ANESTESIA INTERMEDIA VENTILADOR DE TRASLADO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO MONITOR DE SIGNOS VITALES ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CAMA CAMILLA RADIOTRANSARENTE SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL LAMPARA DE EXAMINACION PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C1. EXPERIENCIA. C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C2. ESPECIALIDAD D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. D1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LOS CONTRATOS SOLICITADOS PUEDEN SER DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO EN GENERAL ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. PARA LAS PARTIDAS NUMERO 2 ANESTESIA INTERMEDIA; NUMERO 3 VENTILADOR DE TRASLADO; NUMERO 4 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO; NUMERO 5 MONITOR DE SIGNOS VITALES; NUMERO 6 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL; NUMERO 7 CAMA CAMILLA RADIOTRANSARENTE; NUMERO 8 SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE; NUMERO 9 MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL; NUMERO 10 LAMPARA DE EXAMINACION; DE CONFORMIDAD AL PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C1. EXPERIENCIA. C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C2. ESPECIALIDAD D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. D1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS SE DEBERA DOCUMENTAR CONTRATOS DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO EN GENERAL.
15	588580	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE DESCRIPCION PARTIDA 1 RENGLON MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.5.2 PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 12 A 70 CMH20. RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS EL PERMITIR UN RANGO MÁXIMO DE +/- 10 CMH20 RTA/ SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS OFERENTES	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERAN APEGARSE A LOS RANGOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2 (DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
16	588591	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO	2.- PARTIDA 1, ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C1. EXPERIENCIA. C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C2. ESPECIALIDAD D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. D1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LOS CONTRATOS SOLICITADOS DEBEN DE SER DE A NOMBRE DEL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERAN DOCUMENTAR CONTRATOS A NOMBRE DEL LICITANTE.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

17	588593	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO: 3.1.2 INCISO D)	4.- PUNTO: 3.1.2 INCISO D) PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO- 13485 QUE ES LA NORMA REFERIDA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS A NOMBRE DEL FABRICANTE Y EL ISO 9001, QUE ES LA NORMA QUE CERTIFICA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE PROPORCIONA LA INFRAESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA AYUDAR A LAS ORGANIZACIONES A CONTROLAR Y MEJORAR SU RENDIMIENTO Y CONDUCTIRLES HACIA LA EFICIENCIA, SERVICIO AL CLIENTE Y EXCELENCIA EN EL PRODUCTO A NOMBRE DEL LICITANTE ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADO ISO 9001 2015 O ISO 13485:2016 O JIS O MDSAP VIGENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES.
18	588594	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	FICHA DE DESCRIPCION PARTIDA 1 RENGLON MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.7.14 RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL PERMITIR OFERTAR EQUIPO ESPECIALIZADO EXTERNO O INTEGRADO PARA MEDICIÓN DE LA RELAJACIÓN Y ESTIMULACIÓN MUSCULAR. RTA/ SE PERMITIRA OFERTAR EQUIPO DE MONITOREO PARA LA RELAJACIÓN Y ESTIMULACIÓN MUSCULAR EXTERNO O MODULAR O INTEGRADO SIN SER EXCLUYENTE PARA LOS DEMÁS OFERENTES.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA OFERTAR UNA UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA CON LA MONITORIZACION DE RELAJACION MUSCULAR INTEGRADA, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
19	588595	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.7	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, EN ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR UN UPS PARA EL EQUIPO DE ANGIOGRAFIA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL FABRICANTE EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRO UPS DE 1KVA PARA EL POLÍGRAFO, YA QUE ESTE ÚLTIMO NO REQUIERE UNA UPS DE TANTA POTENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
20	588596	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.3	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PANTALLA ANTIRRADIACIÓN MONTADA AL TECHO Y MAMPARA DE ACRÍLICO CON EQUIVALENCIA DE PLOMO, FÁCIL DE MANEJAR CON IMAGEN DE LA MISMA DONDE MUESTREN LAS RUEDAS QUE DEMUESTRAN QUE ES MÓVIL Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
21	588597	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.2.7	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DERIVACIÓN DE ECG, GANANCIA 100 LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

22	588598	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.2.3	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: REGISTRO DE DATOS FISIOLÓGICOS, DONDE SE PUEDEN CAMBIAR O ASIGNAR CANALES DE PRESIÓN ESPECÍFICA, RÓTULOS DE LAS CAVIDADES, LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
23	588599	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.4	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN COMO BRILLO, CONTRASTE, BORDES, INVERSIÓN DE VIDEO, AUMENTAR Y DESPLAZAR LA IMAGEN, INVERSIÓN DE VIDEO, DE PIXEL LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
24	588600	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTOS 1.1 Y 1.2	EL EQUIPO DEBERA PERMITIR LA MAYOR VERSATILIDAD DE ESTUDIOS, DE ACUERDO A LAS APLICACIONES DIAGNOSTICAS Y DE TRATAMIENTO SOLICITADAS EN LA CEDULA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
25	588616	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 3.4	LA CONVOCANTE SOLICITA 10 FRASCOS DE 200 ML C/U DE 350 A 370 MG YODO/ML, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR 20 FRASCOS DE 100 ML DE 350 A 370 MG YODO/ML DE OSMOLARIDAD DE 0.49 OSMOLARIDAD /L, LO CUAL ES LA MISMA CANTIDAD DE MEDIO DE CONTRASTE QUE LO SOLICITADO, MEJOR DISTRIBUIDO YA QUE ASÍ SE EVITA EL DESPERDICIO POR PACIENTE, DADO QUE ESTA ES LA PRESENTACIÓN EN LA QUE EL PROVEEDOR DE MEDIO DE CONTRASTE LO TIENE Y NO AFECTA LA APLICACIÓN CLÍNICA NI VIABILIDAD DE LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
26	588617	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.7	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, EN ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR UN UPS PARA EL EQUIPO DE ANGIOGRAFIA DE 100 KVA, CONSIDERANDO QUE LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO EQUIPO LO PERMITE, ASEGURANDO EL RESPALDO DE AL MENOS 10 MINUTOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
27	588618	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.2.2	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DESPLIEGUE DE PRESIONES P1, P2, P3 Y P4 DONDE A CADA CANAL DE PRESIÓN SE SELECCIONA Y ESTABLECEN LOS LÍMITES DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y SIMULTANEA LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
28	588619	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.2.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PARÁMETROS DE MONITOREO 4 ENTRADAS DE PRESIÓN INVASIVA CON MANEJO DE FUNCIONES DESDE LA MESA DE RAYOS X, CON RANGOS DE MEDICIÓN DE -40 A 360 MM HG, LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA, INCLUSO UN RANGO MAYOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

29	588620	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTOS 1.8.11 AL 1.8.11.9 Y 1.9.10 AL 1.9.	DEBEMOS ENTENDER, QUE PARA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS, BASTARA CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL FABRICANTE SOLICITADA EN DICHS NUMERALES. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA REFERENCIAR DICHS PUNTOS, DEBERAN ENTREGAR EN FORMA DIGITAL CATALOGOS, MANUALES, FOTOGRAFIAS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ANEXO 2 (DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
30	588621	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.5	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CAMBIO DE PIXEL Y AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL GRADO DE SUSTRACCIÓN CON LO CUAL SE CUMPLE LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
31	588622	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTOS 1.8.7, 1.9.3, 1.9.6	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO : SOFTWARE CONCEBIDO PARA PROPORCIONAR UNA VISUALIZACIÓN 3D DE ALTA VELOCIDAD Y RESOLUCIÓN DE LA ANATOMÍA DE LOS VASOS Y DE LOS HUESOS.CON FUNCIÓN DE HISTOGRAMA ,QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL NÚMERO DE APARICIONES DE UN VALOR DE GRIS EN EL VOLUMEN RECONSTRUIDO Y FUNCIÓN DE VENTANA DETERMINA EL VALOR DE OPACIDAD DE CADA VÓXEL DEL VOLUMEN SEGÚN EL VALOR GRIS DEL PÍXEL Y ADEMÁS DEMOSTRAR QUE SE ADQUIERE IMÁGENES VASCULARES Y 3D VASCULAR SIN HUESO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
32	588623	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.7.4	DADO QUE EN LAS INSTITUCIONES SE REQUIEREN VER AL MENOS IMAGEN EN VIVO Y DE REFERENCIA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE DEBAN OFERTA 2 MONITORES DE 19" LCD O TFT MONOCROMÁTICA O COLOR PARA QUE PUEDAN SERVIR DE BACK UP DEL MONITOR DE 55" O MAYOR ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
33	588624	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.5.2	EL EQUIPO DEBE PERMITIR UN FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO PARA PROCEDIMIENTOS LARGOS Y UN GRAN NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN AL DIA, SIN TENER PAROS POR SOBRACALENTAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
34	588641	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.5.4	EL EQUIPO SERA UTILIZADO PARA PROCEDIMIENTOS CARDIOLÓGICOS, POR LO QUE A FUTURO SE REALIZARÁN ESTUDIOS AVANZADOS DE CARDIOLOGÍA, COMO VISUALIZACIÓN DEL ARBOL CORONARIO ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

35	588642	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.9	AUNADO A LA EVALUACIÓN DE IMÁGENES, REQUERIDA EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES DENTRO DE LA SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
36	589123	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 INCISOS D), E), F) O G);	EN CASO DE QUE NO NOS APLIQUE ALGÚN INCISO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SUS ANEXOS CON LA LEYENDA DE NO APLICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SEGÚN SEA EL CASO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
37	589124	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 INCISO I)	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO ES ACEPTABLE LA PRESENTACIÓN DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSIBLE SANITARIO EMITIDO POR COFEPRIS	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA CUMPLIR CON EL NUMERAL 3.1.1 INCISO I), DEBERAL PRESENTAR LICENCIA MUNICIPAL, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O AVISO DE FUNCIONAMIENTO, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR VIGENTES.
38	589125	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	3.1.2 INCISO E), NUMERAL III.	MI REPRESENTADA ES FILIAL DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS A OFERTAR, POR LO QUE LA CARTA DE APOYO SOLICITADA EN ESTE NUMERAL NO LE ES APLICABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA PRESENTAR: CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO, O MAYORISTA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN HOJA MEMBRETADA.
39	589126	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	3.1.2 INCISO F)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DEBIDAMENTE REFERENCIADAS Y QUE HAGAN ALUSIÓN A LOS ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES DEL LISTADO DE INSUMOS PARA SALUD CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO... PUBLICADO EN EL D.O.F EL 22 DE DICIEMBRE DE 2024, CON EL FIN DE FACILITAR LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN A ESTE INSTITUTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
40	589127	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ECONÓMICO	3.2 Y ANEXO 2	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA AGREGAR COLUMNAS, CON LOS REQUISITOS FALTANTES SEÑALADOS EN EL PUNTO 3.2 DE LAS PRESENTES BASES (DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, REGISTRO SANITARIO/NORMA, MARCA, PAÍS DE ORIGEN, FABRICANTE), EN LA TABLA DONDE SE COLOCARÁN LOS PRECIOS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS DEL ANEXO NUMERO 2, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL ANEXO NUMERO 2 PROPOSICION TECNICO-ECONOMICA NO DEBERA DE MODIFICARSE. SIN EMBARGO, DEBERA DE CAPTURAR LA INFORMACION REFERIDA EN EL ANEXO REQUERIMIENTO EL CUAL CONTIENE DICHS CAMPOS. VER MODIFICACION N° 4, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.
41	589128	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	3.1.2 INCISO A)	PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE PRESENTARÁ EL ANEXO 9 DENOMINADO DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS DEL ANEXO NO. 4 ANEXO TÉCNICO DEBIDAMENTE LLENADO CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE. FAVOR DE ACLARAR	DEBERAN PRESENTAR EL ANEXO 9 "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA" INMERSO EN EL ANEXO TECNICO, DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE, SIENDO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

42	589129	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRANET, PARAMETRO LEGAL- ADMINISTRATIVO, REQUERIMIENTO 11	DICE: "2. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, (CON SU RESPECTIVO FOLIO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO) DE ACUERDO CON EL CODIGO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LOS PODERES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION NO ES OBLIGATORIO LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ LA PROPUESTA SIN QUE SE ENCUENTRE INSCRITO EN TAL REGISTRO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS LICITANTES.
43	589130	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRANET, PARAMETRO LEGAL- ADMINISTRATIVO, REQUERIMIENTOS 12, 13 Y 14	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIONES DE CUMPLIMIENTO SAT, IMSS E INFONAVIT POSITIVAS Y VIGENTES CON FECHA DE EMISIÓN DE POR LO MENOS 10 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN EMBARGO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR DICHS DOCUMENTOS VIGENTES Y POSITIVOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
44	589131	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	16.FUENTES DE ABASTECIMIENTO	DEBIDO A QUE HAY EQUIPO MÉDICO DE ALTA ESPECIALIDAD EN LA PARTIDA 1 QUE INCLUYE 10 RENGLONES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR EN ASIGNAR LOS 10 RENGLONES COMO PARTIDAS ÚNICAS PERMITIENDO QUE CUALQUIER LICITANTE PUEDA OFERTAR UNO O MÁS EQUIPOS Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	"FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ES POSIBLE REALIZAR LA COTIZACION POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS, SIN SER OBLIGATORIO LA COTIZACION DEL TOTAL DE CLAVES SEÑALADAS EN SU PREGUNTA."
45	589132	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	16.FUENTES DE ABASTECIMIENTO	EN CASO DE QUE SEA NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL FUNDAMENTO LEGAL O TÉCNICO PARA INTEGRAR DE TAL FORMA LA PARTIDA 1.	"FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 Y 6 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ES POSIBLE REALIZAR LA COTIZACION POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS, SIN SER OBLIGATORIO LA COTIZACION DEL TOTAL DE CLAVES SEÑALADAS EN SU PREGUNTA."
46	589133	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	18. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ REQUISITAR E INTEGRAR A LA PROPUESTA EL ANEXO NUMERO 15 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE PODRA INTEGRAR A LA PROPUESTA EL ANEXO 15.- INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL, DEBIDAMENTE REQUISITADO.
47	589134	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO NUMERO 2 (DOS) PROPOSICION TECNICO- ECONOMICA	DICE: "NOTA: ADJUNTAR ARCHIVO EN EXCEL CON PRECIOS, REQUERIMIENTO CONVOCATORIA.XLSX" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE DEBERÁ ADJUNTAR EN COMPRANET EL FORMATO EDITABLE DEL ANEXO NUMERO 2 YA QUE EL ARCHIVO DENOMINADO REQUERIMIENTO CONVOCATORIA EN EXCEL NO CONTIENE COLUMNAS DONDE SE DEBAN LLENAR PRECIOS DE LOS BIENES OFERTADOS. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERA DE ADJUNTAR DICHO ARCHIVO EN DIGITAL EDITABLE A SU PROPUESTA, EN EL APARTADO DE PROPUESTA ECONOMICA, YA QUE ES COMPLEMENTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, VER MODIFICACIONES N° 2 Y 4 A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, DONDE SE MODIFICA EL ARCHIVO Y SE AGREGAN COLUMNAS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

48	589135	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR, TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO B)	POR CUESTIONES DE FABRICACIÓN, IMPLICACIONES LOGÍSTICAS Y DE IMPORTACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE LA ENTREGA DEL EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SEA DE MÁXIMO DE 90 O 120 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE AL ACTA DE FALLO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
49	589136	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 1.1.2	LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN ANESTESIA INDICAN QUE EN LA MÁQUINA DE ANESTESIA SÓLO DEBEN CONECTARSE LOS EQUIPOS DE MONITOREO DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES DE AGENTES ANESTÉSICOS (EN CASO DE REQUERIRSE), POR PROTECCIÓN DE LA UNIDAD Y DEL PACIENTE; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR MÁQUINA DE ANESTESIA CON TRES CONTACTOS INTERCONSTRUIDOS, YA QUE ESTO NO DEMERITA UN APOORTE CLÍNICO NI EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ES CORRECTA SU APRECIACION SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
50	589137	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 1.1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MANÓMETROS DE PRESIÓN DESPLEGADOS DE FORMA DIGITAL EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR CON LA ETIQUETA DE CADA GAS DE LA TOMA MURAL (O2, N2 Y AIRE), DE ACUERDO CON TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIN DEMERITAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ES CORRECTA SU APRECIACION SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
51	589138	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 1.2.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS ACLARE O COMPARTA EL LISTADO DE LOS VAPORIZADORES A OFERTAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS, GRACIAS.	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE DEBERAN SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES PARA LA ADMINISTRACION DE ISOFLUORANE, SEVOFLUORANE O DESFLUORANE DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
52	589139	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 1.5.3.5	CON EL FIN DE PRESENTAR UNA MAYOR MONITORIZACIÓN DE LA MECÁNICA VENTILATORIA DEL PACIENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, REQUERIR DESPLIEGUE DE AL MENOS TRES CURVAS SIMULTÁNEAS EN PANTALLA DEL VENTILADOR, ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACION SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

53	589140	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 1.5.4.4	AL SER UNA VENTILACIÓN DE SOPORTE PARA PACIENTES QUE PRESENTAN RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS, PERO SIN UN COMPLETO AUTOMATISMO, ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE DE UNA VENTILACIÓN DE RESPALDO EN DICHO MODO EN CASO DE QUE EL PACIENTE PRESENTE APNEAS, BRINDANDO UN SOPORTE VENTILATORIO SEGURO, ¿ES ESTO CORRECTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ES CORRECTA SU APRECIACION SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
54	589141	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 1.5.5.7	CON EL FIN DE PROVEER EQUIPO DE LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA QUE PERMITA AL USUARIO VISUALIZAR UNA MAYOR INFORMACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR REQUERIR PAUSA INSPIRATORIA QUE GARANTICE MONITOREO DE DRIVING PRESSURE, EVITANDO LA SOBREDISTENSIÓN Y/O BAROTRAUMA EN EL PACIENTE INTUBADO, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
55	589142	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 1.7.5	LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE EL DESPLIEGUE DE LOS PUNTOS 17.9.2, 1.7.9.8 Y SUS SUBNUMERALES EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PUNTO 1.7.9, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR EL DESPLIEGUE DE AL MENOS SEIS CURVAS EN LA PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES CONSIDERANDO DOS CURVAS DE ECG, UNA DE PLETISMOGRAFÍA, UNA DE RESPIRACIÓN, Y DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
56	589143	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 2.1.2	CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS ACCESORIOS REQUERIDOS, SON DISTRIBUIDOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ACCESORIOS DE ESTE PUNTO SE PERMITAN OFERTAR DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
57	589144	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 2.1.3	CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS ACCESORIOS REQUERIDOS, SON DISTRIBUIDOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ACCESORIOS DE ESTE PUNTO SE PERMITAN OFERTAR DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

58	589145	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 2.5.2.2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BRAZALETE TAMAÑO ADULTO GRANDE (CIRCUNFERENCIA DE EXTREMIDADES: 31-40 CM) O BRAZALETE DE MUSLO (CIRCUNFERENCIA DE EXTREMIDADES: 38-50 CM) EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
59	589146	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 3.1.1	CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS CONSUMIBLES REQUERIDOS SON DE USO FRECUENTE Y NO EXCLUSIVO DE ESTA PARTIDA, DISTRIBUIDO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
60	589147	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 3.1.2	CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS CONSUMIBLES REQUERIDOS SON DE USO FRECUENTE Y NO EXCLUSIVO DE ESTA PARTIDA, DISTRIBUIDO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
61	589148	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 3.1.3	CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS CONSUMIBLES REQUERIDOS SON DE USO FRECUENTE Y NO EXCLUSIVO DE ESTA PARTIDA, DISTRIBUIDO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
62	589149	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE PUNTO 3.7	YA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA NO REQUIERE FILTRO PARA EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES PASIVO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, REQUERIR ESTE PUNTO OPCIONAL DE ACUERDO A CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU TECNOLOGIA NO REQUIERE FILTRO PARA SISTEMA DE EVACUACION DE GASES SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

63	589150	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. MONITOR DE SIGNOS VITALES PUNTO 1.1.1.1	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS MONITORES DEBERÁN CONTAR CON LA CAPACIDAD DE INCORPORAR MÓDULOS INSERTABLES EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN MONITOR MODULAR, ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
64	589151	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. MONITOR DE SIGNOS VITALES PUNTO 1.3.1.1	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO INCREMENTAR EL COSTO DE LOS EQUIPOS CONSIDERANDO QUE NO SERÁN PARTE DE ALGUNA RED CONECTADA A UNA CENTRAL DE MONITOREO PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOR, SUGERIMOS NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL ESTOS PUNTOS, COMPROBANDO QUE SE CUENTA CON LA CONEXIÓN INALÁMBRICA, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DEBERA OFERTAR DE CONFORMIDAD AL ANEXO 2 (DOS) CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS
65	589152	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO J), III. PLAZO Y CONDICIONES DE CANJE...	SE ENTIENDE QUE LAS FALLAS A CONSIDERAR PARA EL CALCULO DE LA AFECTACIÓN EN UN 30% O MÁS DE LA ATENCIÓN DE LA DERECHOHABENCIA, PREVIA RECISIÓN DE CONTRATO, SERÁN AQUELLAS FALLAS PROPIAS DEL EQUIPO QUE TENGAN EL MISMO ORIGEN Y QUE LO DEJEN FUERA DE SERVICIO, EXCLUYENDO LAS FALLAS POR CONSUMIBLES O ACCESORIOS, REPARACIONES Y AJUSTES NECESARIOS DEBIDOS A DAÑOS POR USO INCORRECTO, ERRORES DE OPERACIÓN, MALAS CONDICIONES AMBIENTALES, FALLAS ELÉCTRICAS, ENTRE OTROS FACTORES EXTERNOS AJENOS AL EQUIPO.	ES CORRECTA SU APRECIACION
66	589153	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO I) EN SU CASO, MECANISMOS REQUERIDOS...	SE ENTIENDE QUE PARA PROCEDER AL REEMPLAZO O CANJE DE LOS BIENES LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON UN DICTÁMEN TÉCNICO INDICANDO QUE EL BIEN NO TIENE REPARACIÓN; EXCLUYENDO FALLAS POR CONSUMIBLES O ACCESORIOS, REPARACIONES Y AJUSTES NECESARIOS DEBIDOS A DAÑOS POR USO INCORRECTO, ERRORES DE OPERACIÓN, MALAS CONDICIONES AMBIENTALES, FALLAS ELÉCTRICAS, ENTRE OTROS FACTORES EXTERNOS AJENOS AL EQUIPO.	ES CORRECTA SU APRECIACION
67	589154	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES I) EN SU CASO, MECANISMOS REQUERIDOS...	SE ACEPTA QUE EN EL SUPUESTO DE REEMPLAZO DEL BIEN, ESTE SE REALICE ACORDE A LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS POR LA FABRICACIÓN Y LÓGISTICA DE ENTREGA DEL BIEN.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERA DE APEGARSE A LO SEÑALADO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
68	589155	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	DE ACUERDO CON LA VISITA DE INSTALACIONES, ¿SE PODRIA COMPARTIR EL PLANO DONDE SE UBICARÁ EL CUARTO ELECTRICO EN DONDE PODER ALOCAR LOS TABLEROS PARA ALUMBRADO, AIRE ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS.	"FAVOR DE REMITIRSE A LA MODIFICACIONES NUMERO 3 Y 7 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. PARA LO ANTERIOR SE INCLUYE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA EL ANEXO NUMERO 19 "PLANO SALA DE HEMODINAMIA"



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

69	589156	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	¿DENTRO DEL NUEVO PROYECTO SE PUEDE DISPONER DE UN LOCAL PARA LA UBICACION DEL UPS?	DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO NUMERO 19 "PLANO SALA DE HEMODINAMIA", SI EXISTE LUGAR PARA LA UBICACIÓN DEL UPS
70	589157	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	¿LA LICITANTE SERA RESPONSABLE POR COLOCAR EL REGULADOR PARA LOS CONTACTOS DE LA SALA?	PARA LA PARTIDA 1 ANGIOGRAFO MONOPLANAR, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERA REALIZAR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION PARA EL SIMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO, SITEMA DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGULACION DE TEMPERATURA DENTRO DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE EQUIPO Y CUARTO DE CONTROL; LAS ADECUACIONES DEL ESPACIO FISICO QUE CONTEMPLA ACONDICIONAMIENTO, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, GASES MEDICINALES, VOZ Y DATOS DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE EQUIPOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
71	589158	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	¿LA CONVOCANTE PORPORCIONARA LA RED DE VOZ Y DATOS A PIE DE SALA?	PARA LA PARTIDA 1 ANGIOGRAFO MONOPLANAR, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERA REALIZAR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION PARA EL SIMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO, SITEMA DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGULACION DE TEMPERATURA DENTRO DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE EQUIPO Y CUARTO DE CONTROL; LAS ADECUACIONES DEL ESPACIO FISICO QUE CONTEMPLA ACONDICIONAMIENTO, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, GASES MEDICINALES, VOZ Y DATOS DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE EQUIPOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

72	589159	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	¿LA CONVOCANTE PORPORCIONARA EL SERVICIO DE GASES MEDICINALES?	PARA LA PARTIDA 1 ANGIOGRAFO MONOPLANAR, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERA REALIZAR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION PARA EL SIMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO, SISTEMA DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGULACION DE TEMPERATURA DENTRO DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE EQUIPO Y CUARTO DE CONTROL; LAS ADECUACIONES DEL ESPACIO FISICO QUE CONTEMPLA ACONDICIONAMIENTO, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, GASES MEDICINALES, VOZ Y DATOS DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE EQUIPOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
73	589160	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	¿LA CONVOCANTE PUEDE CONFIRMAR QUE LA ALTURA DE LA CONSTRUCCION A REALIZAR SERA MAYOR A 3.20 METROS?	LA ALTURA DE LA CONSTRUCCION EN LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE EQUIPOS Y CUARTO DE CONTROL DE PISO A TECHO SERA DE 4.27 MTS CONSIDERANDO QUE LA ALTURA DE PISO A PLAFON SERA DE 2.40 MTS.
74	589161	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	EL ALCANCE DE LA LICITANTE SOLO INCLUYE LOS CUARTOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SALA DE ESTUDIOS, CONTROL Y CUARTO DE MAQUINAS, ES CORRECTA LA APRECIACION?	PARA LA PARTIDA 1 ANGIOGRAFO MONOPLANAR, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERA REALIZAR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION PARA EL SIMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO, SISTEMA DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGULACION DE TEMPERATURA DENTRO DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE EQUIPO Y CUARTO DE CONTROL; LAS ADECUACIONES DEL ESPACIO FISICO QUE CONTEMPLA ACONDICIONAMIENTO, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, GASES MEDICINALES, VOZ Y DATOS DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE EQUIPOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
75	589162	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	EN VISITA DE INSTALACIONES SE COMENTO QUE SE COLOCARIA UN TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION, SE PUEDE DEFINIR LA DISTANCIA CON RESPECTO A LA NUEVA SALA EN CONSTRUCCION YA QUE ESTA UBICACION NO FUE DEFINIDA EN ESTA VISITA?	SE DEBERA SEMBRAR A PIE DE LA SALA DE HEMODINAMIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

76	589163	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	¿LA CONVOCANTE PROPORCIONARA LOS ALIMENTADORES A PIE DE SALA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE?	PARA LA PARTIDA 1 ANGIOGRAFO MONOPLANAR, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERA REALIZAR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION PARA EL SIMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO, SITEMA DE MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGULACION DE TEMPERATURA DENTRO DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE EQUIPO Y CUARTO DE CONTROL; LAS ADECUACIONES DEL ESPACIO FISICO QUE CONTEMPLA ACONDICIONAMIENTO, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, GASES MEDICINALES, VOZ Y DATOS DE LA SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE EQUIPOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
77	589164	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	VISITA DE INSTALACIONES	¿LA CONVOCANTE TIENE DEFINIDO UNA REALACION DE ACABADOS QUE SE DEBA CONTEMPLAR EN LA PROPUESTA DE ADEACUCIONES?	DEBERAN REALIZAR LOS ACABADOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-229-SSA1-2002, NOM-016-SSA3-2012, NOM-022-STPS-2015 Y LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE EN ELLA APLIQUEN, EN DONDE POR MENCIONAR ALGUNOS PUNTOS CONTEMPLAN LA MEMORIA ANALITICA DE CALCULO DE BLINDAJES, PISO CONDUCTIVO, PAREDES Y TECHO EN PVC, CURVA SANITARIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE EN ELLA APLIQUEN A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO.
78	589165	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.1. SOPORTE CON ARCO...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAS ESTE PUNTO CON UNA IMAGEN EN NUESTRO HOJA DE DATOS TECNICOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
79	589166	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.5.3.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: GRAN ÁNODO DE 160 MM DE DIÁMETRO QUE PERMITE EXPOSICIONES DE ALTA ENERGÍA. DICHA CARACTERISTICA ES UNA TECNOLOGIA SIMILAR A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

80	589167	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.5.4. FLUOROSCOPIA PULSADA ...	NUESTRO EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA PERMITE REALIZAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 30 PULSOS POR SEGUNDO SIN HACER REFERENCIA A ALGUNA REGIÓN ANATÓMICA ESPECIFICA, LO CUAL NOS PERMITE PODER UTILIZAR ESTA FUNCION EN CUALQUIER REGION ANATOMICA, INCLUYENDO CARDIOLOGÍA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: FLUOROSCOPIA PULSADA CON UNA OPCIÓN DE CADENA DE IMÁGENES: 30 FPS (30 PULSOS POR SEGUNDO) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
81	589168	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.5.5. FLUOROSCOPIA PULSADA ...	NUESTRO EQUIPO PERMITE REALIZAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 7.5 PULSOS POR SEGUNDO SIN HACER REFERENCIA A ALGUNA REGIÓN ANATÓMICA ESPECIFICA, LO CUAL NOS PERMITE PODER UTILIZAR ESTA FUNCION EN CUALQUIER REGION ANATOMICA, INCLUYENDO VASCULAR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: FLUOROSCOPIA PULSADA CON UNA OPCIÓN DE CADENA DE IMÁGENES: 7.5 FPS (7.5 PULSOS POR SEGUNDO) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
82	589169	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.4. CON REALCE DE BORDES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA INVERSIÓN NEGATIVA / POSITIVA CON UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
83	589170	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.4. CON REALCE DE BORDES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA INVERSIÓN NEGATIVA / POSITIVA CON UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
84	589171	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.8. CON ANÁLISIS LVA, QCA, QVA...	DEBIDO A LA NOMENCLATURA QUE EXISTE EN NUESTRA LITERATURA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ANALISIS DE ESTENOSIS, ANALISIS VENTRICULAR CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA EN EL ANGIOGRAFO Y ESTACIÓN DE TRABAJO. EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

85	589172	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.12. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO...	EN LA PRACTICA LAS IMAGENES O ESTUDIOS SE ALMACENAN DIRECTAMENTE EN EL DISCO DURO DEL EQUIPO ANGIOGRAFO Y SON ENVIADOS AUTOMATICAMENTE A LA ESTACION DE TRABAJO PARA QUE EL USUARIO PUEDE SELECCIONAR LAS SECUENCIAS IDEALES QUE SE GRABARÁN EN DVD O CD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO COMO: GRABAR IMÁGENES EN CD/DVD DICOM CD/DVD/USB CREACIÓN TOOL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
86	589173	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.9. 10. INTERFASE..	DEBIDO A LA TERMINOLOGÍA DENTRO DE NUESTRA LITERATURA Y EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO : SALIDA DE IMAGEN DICOM EN ETHERNET DE 100 MBIT CON ENVÍO AUTOMÁTICO Y TRANSFERENCIA EN SEGUNDO PLANO PARA UNA TRANSMISIÓN RÁPIDA CON UNA INTERACCIÓN MÍNIMA DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
87	589174	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.1. CUATRO ENTRADAS DE PRESIÓN...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: PRESIÓN INVASIVA: 4 CANALES CON MEDIOS, PRESIÓN NO INVASIVA: MODOS AUTOMÁTICO Y MANUAL (OSCILOMÉTRICA). PARÁMETROS DE 10 A 400 MMHG CONSIDERANDO QUE ESTA ES UN MAYOR RANGO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
88	589175	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.2. MEDICIÓN Y DESPLIEGUE...	EL ESTADO HEMODINÁMICO DEL PACIENTE INCLUYE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA SIMULTANEA ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE LAS DIFERENTES EDICIONES. NUESTRO SISTEMA DE POLIGRAFIA CUMPLE LA ESPECIFICACION POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: PANTALLA DE MEDICIÓN DE CATH: VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ESTADO HEMODINÁMICO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
89	589176	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.3. EDICIÓN DE ETIQUETAS...	DEBIDO A LA NOMENCLATURA QUE CONTIENE NUESTRA LITERATURA Y EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR UTILIZANDO LAS NOMENCLATURAS EQUIVALENTES PROPIAS: PAO = AO, PVI = PCP, PAP=AM, WDG = GVM, PAD =AD, PVD = VP, PAI = AL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

90	589177	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.7. SELECCIÓN DE GANANCIA...	EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LA ESPECIFICACION. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: GANANCIA DE LA SEÑAL. LA GANANCIA DE LA SEÑAL AUMENTA LA AMPLITUD DE LA SEÑAL DE ECG. PARA CAMBIAR SEÑAL DE ECG: 1. RESALTE LA SEÑAL QUE DESEA CAMBIAR. 2. OPRIMA LAS TECLAS DE DIRECCIÓN ARRIBA O ABAJO DE GAN. EN EL TECLADO. ADICIONALMENTE INCLUIR UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
91	589178	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 3.4. MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO...	LA PRESENTACIÓN DE NUESTRO MEDIO DE CONTRASTE DE BAJA OSMOLARIDAD ES DE 100 ML, POR LO QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 20 FRASCOS DE 100ML CADA UNO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
92	589265	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI CAMA CAMILLA RAD 1.2: QUE SOPORTE UN PESO DE 200KGS..	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITE OFERTAR CAMILLA RADIOTRANSARENTE QUE SOPORTE UN PESO DE 318 KG O MAYOR, YA QUE CUBRE UN RANGO AMPLIO DE PACIENTES, PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA FUNCIONALIDAD CON SEGURIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
93	589266	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI CAMA CAMILLA RAD 1.3.1 TRENDELBURG DE 12° COMO MÍN..	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TRENDELBURG Y TENDELBURG INVERSO DE 17° COMO MÍNIMO, YA QUE TIENE UN MAYOR ALCANCE PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA CAMA Y MANEJO DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
94	589267	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI CAMA CAMILLA RAD 1.4.1: ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE..	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ALTURA AJUSTABLE DE LA CAMILLA, QUE CUBRA UN RANGO DE 61 CM A 94.6 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN) COMO MÍNIMO, AL SER UN MAYOR RANGO, BENEFICIA A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD, EVITANDO LESIONES POR CAÍDA DEL PACIENTE O LUMBARES PARA EL OPERADOR DE LA CAMILLA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
95	589268	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI CAMA CAMILLA RAD 1.6: DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE..	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE LE PERMITA OFERTAR CAMILLA CON DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 191 CM DE LARGO X 76 CM DE ANCHO, AL SER MÁS ANCHO HACE QUE LA CAMILLA SEA APTA PARA PACIENTES BARIÁTRICOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
96	589269	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI CAMA CAMILLA RAD 1.7: DIMENSIONES DE LA CAMILLA..	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA CAMILLA CON UN ANCHO TOTAL DE 96.5 CM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
97	589270	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI CARRO ROJO 1.1.3: DIMENSIONES: LONGITUD..	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CARRO ROJO CON UNA ALTURA DE 115.6 CM, COMO MÍNIMO, DEBIDO A QUE TIENE UNA ALTURA ÓPTIMA PARA EL PERSONAL DE LA SALUD EN LA QUE PUEDEN ACCEDER A CUALQUIER PARTE DEL CARRO ROJO CÓMODAMENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

98	589271	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANEST INTERM 1.1.8: MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS..	ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR CON MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS VISUALIZADOS DE MANERA DIGITAL EN LA PANTALLA Y EN MEZCLADOR DEL EQUIPO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
99	589272	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 1.2.1: SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES..	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITE QUE LOS VAPORIZADORES QUE SOLICITAN SEAN DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, GARANTIZANDO BENEFICIOS EN CALIDAD, DURABILIDAD Y UNA ADMINISTRACIÓN MÁS PRECISA DEL GAS ANESTÉSICO, REDUCIENDO COSTOS EN EL CONSUMO DE ESTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
100	589273	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANEST INTERM 1.3.3: GUARDA HIPÓXICA..	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON GUARDA HIPÓXICA DE 25%, EL CUAL NO AFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
101	589274	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 1.4.1: UN CÁNISTER	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UNA UNIDAD DE ANESTESIA CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: UN CÁNISTER CON CAPACIDAD DE 1500 ML ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
102	589275	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 1.5: VENTILADOR MICROPROCESADO..	CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CASO DE PRESENTARSE UNA FALLA DEL SUMINISTRO CENTRAL DE GASES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE SOLICITAR QUE LOS EQUIPOS DE ANESTESIA OFERTADOS PERMITAN LA VENTILACIÓN AUTOMÁTICA AUN EN CASO DE AUSENCIA COMPLETA DE GASES MEDICINALES, BATERIA O CORRIENTE ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
103	589276	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 1.5.5.7: PAUSA INSPIRATORIA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO AJUSTE DE %TPLAT, LO CUAL SE REFIERE AL MISMO CONCEPTO, PERO UTILIZANDO DISTINTA NOMENCLATURA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
104	589277	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 1.7.1: MONITOR MODULAR..	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO MONITOR MODULAR O PRECONFIGURADO DE ACUERDO A CADA TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
105	589278	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 1.7.8: BATERÍA DE RESPALDO..	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UNA UNIDAD DE ANESTESIA CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: CON BATERÍA DE RESPALDO INTERNA EN LA MÁQUINA DE ANESTESIA CON CAPACIDAD DE 150 MINUTOS COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
106	589279	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 1.7.9.7.3: AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALAS	CON EL OBJETIVO DE QUE EL PERSONAL TENGA UN MAYOR CONTROL SOBRE LA ESCALA PARA VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA UN AJUSTE MANUAL DE ESCALA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

107	589280	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 2.2.1: UNA (1) BOLSA DE UN LITRO +/- 10%.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CON CAPACIDAD DE 1.5 L, LA CUAL CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA VENTILACIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
108	589281	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 2.2.2: UNA (1) BOLSA DE DOS LITROS +/- 10%.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CON CAPACIDAD DE 2.3 L, LA CUAL CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA VENTILACIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
109	589282	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 3.8: DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO..	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UNA UNIDAD DE ANESTESIA CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: CIRCUITO DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
110	589283	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 3.9: DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO..	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UNA UNIDAD DE ANESTESIA CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: CIRCUITO DESECHABLE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
111	589284	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 ANEST INTERM 3.10: DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE NEONATAL..	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UNA UNIDAD DE ANESTESIA CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: CIRCUITO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
112	589285	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 VENT TRASL P-A 1.3.1: TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED..	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA TIPO ELECTROLUMINISCENTE CON CONTROL POR MEDIO DE TECLAS Y PERILLA, PUES NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI LA VENTILACIÓN AL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, AL SER UN PARAMETRO MENOR AL SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION. DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
113	589286	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 VENT TRASL P-A 1.3.2: A COLOR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA MONOCROMÁTICA, PUES NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI EL TRATAMIENTO AL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, AL SER UN PARAMETRO MENOR AL SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION. DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
114	589287	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 VENT TRASL P-A 1.4.2.2: LÍMITE SUPERIOR: 140 O MAYOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LÍMITE SUPERIOR DE 100 L/MIN, LO QUE ES SUFICIENTE PARA ESTABILIZAR AL PACIENTE EN TRASLADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, AL SER UN PARAMETRO MENOR AL SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION. DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
115	589288	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 VENT TRASL P-A 1.4.6.1: LÍMITE INFERIOR: 21.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LÍMITE INFERIOR DE 40%, PUES EN SITUACIONES DE TRASLADO O EMERGENCIA ES NECESARIO ASEGURAR UNA FIO2 MÍNIMA QUE MANTENGA LOS NIVELES DE SPO2 DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, AL SER UN PARAMETRO MENOR AL SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION. DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
116	589289	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	P1 VENT TRASL P-A 1.4.8.2: LÍMITE SUPERIOR: 30 O MAYOR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LÍMITE SUPERIOR DE PEEP DE 20 CMH2O, YA QUE COMBINADO CON EL PARÁMETRO DE PRESIÓN INSPIRATORIA ES POSIBLE ALCANZAR NIVELES DE PRESIÓN ADECUADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, AL SER UN PARAMETRO MENOR AL SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION. DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

117	589290	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 1.4.9: LÍMITE INFERIOR: 0	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UN VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: PRESIÓN SOPORTE CON LÍMITE INFERIOR DE 2. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, AL SER UN PARAMETRO MENOR AL SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION. DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
118	589291	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 1.4.10: SENSIBILIDAD ESPIRATORIA..	ENTENDEMOS QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, PODREMOS REFERENCIARLO COMO SENSIBILIDAD DE DISPARO O TRIGGER. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
119	589292	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 1.4.13: MECANISMO DE DISPARO..	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UN VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y/O PRESIÓN.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
120	589293	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 1.5.2: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA..	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y BIPAP CONTROLADA POR PRESIÓN, PUES ESTE SEGUNDO MODO VENTILATORIO SE PUEDE CONFIGURAR PARA QUE FUNCIONE TAL COMO UN SIMV LO HARÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
121	589294	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 1.5.4: PRESIÓN SOPORTE (PSV)..	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN SOPORTE EN MODOS CONTROLADOS POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
122	589295	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 1.6.12: DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 CURVA..	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE DE 1 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON AL MENOS DOS CURVAS DE VENTILACION CONFORME LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
123	589296	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 1.6.12.1: VOLUMEN- TIEMPO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, PUES EN UNA SITUACIÓN DE VENTILACIÓN DE EMERGENCIA, LA CURVA DE VOLUMEN NO ARROJA INFORMACIÓN TAN RELEVANTE COMO SI LO HACEN LA CURVA DE FLUJO O DE PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
124	589297	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 1.7.7: FIO2 ALTA Y BAJA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON NUESTRA NOMENCLATURA.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE SU NOMENCLATURA CUMPLE CON EL FIO2 SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

125	589298	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 2.5: UN (1) CABLE PARA CONEXIÓN A DC AMBULANCIA..	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UN VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: UN SOPORTE DE PARED UNIVERSAL QUE DISPONE TAMBIÉN DE UNA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUTOMÁTICA INTEGRADA, DE MODO QUE YA NO NECESITA CONECTAR UN TRANSFORMADOR DE CC/CC O UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE AC/CC.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
126	589299	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI VENT TRASL P-A 3.5: DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE..	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UN VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA: CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE TAMAÑO PEDIÁTRICO (DIÁMETRO INTERNO DE: 22 MM).¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
127	589300	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 1.1.1. MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO..	ENTENDEMOS QUE SE PERMITE OFERTAR TECNOLOGÍA MODULAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, GARANTIZANDO QUE EL MONITOR TENGA CAPACIDAD A FUTURO DE CRECER EN CANTIDAD DE PARÁMETROS TALES COMO PRESIÓN INVASIVA, CAPNOGRAFÍA, BIS, ETC. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MONITOR.
128	589301	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 1.1.1. MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO..	ENTENDEMOS QUE PARA BRINDAR UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS VITALES DENTRO DE LA SALA DE HEMODINAMIA, SE DEBERÁ OFERTAR MONITOR CON PANTALLA TFT LCD DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, YA QUE POR LA CONFIGURACIÓN QUE DEBEN DE TENER ESTE TIPO DE SALAS, BRINDA UNA MEJOR LEGIBILIDAD PARA EL USUARIO, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
129	589302	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 1.1.1. MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO..	MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO. SE SUGIERE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, AL SOLICITAR MONITORES BÁSICOS CON LOS PARÁMETROS QUE ENLISTAN, SE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR PRECONFIGURADO, YA QUE DE ESTA MANERA NO SE INCREMENTA EL COSTO DE ADQUISICIÓN Y SE ABRE LA PARTICIPACIÓN A MÁS DE UNA EMPRESA, ASEGURANDO TAMBIÉN QUE EL MONITOR TENGA LAS CONEXIONES YA INTEGRADAS PARA LOS TRONCALES DE PARÁMETROS SOLICITADOS Y ASÍ DISMINUIR RIESGOS DE POSIBLE PÉRDIDA O DESGASTE DEL MÓDULO PARAMÉTRICO. EN DONDE A FINAL DE CUENTAS LOS TRONCALES DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS SE PUEDEN EXTRAER Y COLOCAR EN OTRO MONITOR DE LA MISMA MARCA SIN NINGÚN PROBLEMA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
130	589303	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 1.1.1. MÓDULO EXTRAÍBLE POR EL USUARIO..	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO LOS CABLES PARA ECG, PANI, TEMPERATURA Y SPO2 SEAN COMPATIBLES ENTRE MONITORES DE LA MISMA MARCA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

131	589304	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 1.1.3.1 INALÁMBRICA, POR MEDIO TARJETA INT..	SE SUGIERE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A SOLAMENTE UNA MARCA, SE PERMITA OFERTAR CONEXIÓN A RED DE MONITOREO, CON COMUNICACIÓN MONITOR-MONITOR Y POSIBILIDAD A FUTURO DE COMUNICACIÓN MONITOR-CENTRAL DE MONITOREO, POR MEDIO DE TARJETA INTERNA CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN ALÁMBRICA Y CONEXIÓN INALÁMBRICA MEDIANTE MÓDULO DE RED INALÁMBRICO EXTERNO, INTEGRADO Y ASEGURADO AL EQUIPO, SIN IMPLICAR NINGUNA DIFERENCIA EN CUANTO A CALIDAD DE CONEXIÓN NI DEMERITAR SU FUNCIONAMIENTO Y SU UTILIDAD CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
132	589305	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 1.1.9.2 FUNCIÓN DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DER..	ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 7 DERIVACIONES, YA QUE EN LA SECCIÓN DE ACCESORIOS PUNTOS 2.4, 2.4.1 Y 2.4.2. SOLAMENTE SOLICITAN CABLE PARA ECG DE 5 PUNTAS, O EN SU DEFECTO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERÁ OFERTAR CABLE DE 5 PUNTAS Y CABLE DE 10 PUNTAS PARA REALIZAR EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES. FAVOR DE ACLARAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERAN OFERTAR LA FUNCION DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
133	589306	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 1.1.9.4 DETECCIÓN DE ARRITMIAS..	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS ARRITMIAS BÁSICAS MENCIONADAS Y TENER UN TOTAL DE DETECCIÓN DE HASTA 23 TIPOS DE ARRITMIAS DISTINTAS, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
134	589307	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 1.1.12 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICA..	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR 24 HORAS DE TENDENCIAS DE TODOS LOS PARÁMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO Y DEMOSTRAR A FUTURO QUE PUEDE CRECER A 72 HORAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, AL SER UN PARAMETRO MENOR AL SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION.
135	589308	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 2.6 SISTEMA DE FIJACIÓN DE CADA MONITOR..	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI OFERTANDO EL MONTAJE A PARED ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL PUNTO, FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
136	589309	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI MONIT SIGNOS VITALES 2.7 INCLUIR ACCESORIOS..	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO INCREMENTAR EXCESIVAMENTE LOS COSTOS DEL EQUIPO, NOS PERMITA CONSIDERAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL, YA QUE PARA TENER UNA FUNCIONALIDAD COMPLETA DE LA COMUNICACIÓN POR VÍA INALÁMBRICA, SE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS MONITORES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
137	589310	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.2.4: MOVIMIENTO AXIAL MOTORIZADO..	POR LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR LITERALMENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "AJUSTE LA DISTANCIA DE FUENTE A IMAGEN DEL DETECTOR AL MÁXIMO", LO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

138	589311	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.5: SISTEMA DE RAYOS X:	YA QUE EN MERCADO ACTUALMENTE TODAS LAS COSAS COMERCIALES PUEDEN OFERTAR TUBOS DE ALTA POTENCIA Y CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LA DE 2018 CUANDO SE ELABORÓ ESTA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN TUBO CON TECNOLOGÍA DE "GRID SWITCH", YA QUE ESTO MEJORA LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS DE RADIACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
139	589312	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.5: SISTEMA DE RAYOS X	CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL TUBO DE RAYOS X, CLÍNICAMENTE, EN PROCEDIMIENTOS DE LARGA DURACIÓN, COMO LOS QUE REALIZA EL SEGURO SOCIAL, EL CONTAR CON UN TUBO DE RAYOS X CON UNA MAYOR CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO EN EL ÁNODO ES MUY VALIOSO PUES INCREMENTA LA CALIDAD DE LA IMAGEN Y MEJORA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DURANTE EL PROCEDIMIENTO ENTENDEMOS QUE EL VALOR DE LA CAPACIDAD TÉRMICA DEL ÁNODO DE 2.5 MHU RESULTA SER MUY BAJO, FAVOR DE ACLARAR SI ESTE VALOR ES CORRECTO.¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA UN PARAMETRO SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
140	589313	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.7.4 AL MENOS UNA PANTALLA PLANA LCD O TFT..	DE ACUERDO CON LAS APLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y DE TRATAMIENTO SOLICITADAS EN LA CEDULA, ENTENDEMOS QUE SE REQUIEREN VER AL MENOS IMAGEN EN VIVO Y DE REFERENCIA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE DEBEN OFERTAR DOS PANTALLAS PLANAS DE 19" LCD O TFT MONOCROMÁTICA O COLOR PARA QUE PUEDAN SERVIR DE RESPALDO DEL MONITOR DE 56" ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
141	589314	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.8.4 CON REALCE DE BORDES..	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN COMO BRILLO, CONTRASTE, BORDES, INVERSIÓN DE VIDEO, AUMENTAR Y DESPLAZAR LA IMAGEN, INVERSIÓN DE VIDEO, DE PIXEL LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
142	589315	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.8.8 CON ANÁLISIS LVA..	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANÁLISIS LVA, QCA, QVA CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL, MEDICIÓN DE ESTENOSIS EN EL EQUIPO COMO EN EL MODULO DE PANTALLA TÁCTIL QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE EXAMINACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR FLUJO DE TRABAJO EN LA SALA DE HEMODINAMIA,¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

143	589316	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.8 SISTEMA DE PROCESAMIENTO..	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES DENTRO DE LA SALA DE EXPLORACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
144	589317	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.8.9 CON EVALUACIÓN DE LAS IMÁGENES..	DEBEMOS ENTENDER QUE ADICIONAL A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.8.9 SE DEBERÁ OFERTAR UN MANDO DE VISUALIZACIÓN A DISTANCIA PORTÁTIL CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR LAS FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DESDE CUALQUIER LUGAR DE A SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
145	589318	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.8.11 ESTÁNDAR DICOM Y SUBPTOS 1.8.11.1 AL 1.8.11.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REFERENCIADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
146	589319	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 1.9.11 Y SUBPTOS 1.9.11.1 AL 1.9.11.8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REFERENCIADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
147	589320	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 2.2.2 MEDICIÓN Y DESPLIEGUE..	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DESPLIEGUE DE PRESIONES P1, P2, P3 Y P4 DONDE A CADA CANAL DE PRESIÓN SE SELECCIONA Y ESTABLECEN LOS LÍMITES DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y SIMULTANEA LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REFERENCIADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS SEMAS PARTICIPANTES.
148	589321	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI ANGI ARCO MONOP 2.2.7 SELECCIÓN DE GANANCIA DE 1/4, 1/2, 1, 2 Y 4 CM/MV	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DERIVACIÓN DE ECG, GANANCIA 100 LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
149	589322	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI GENERAL	PARA LA PARTIDA 1 OFERTAREMOS TODO EL EQUIPO SOLICITADO EN DICHA PARTIDA, EXCEPTUANDO LA SABANA TÉRMICA CON AIRE Y MARCAPASOS CARDIACO TEMPORAL. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARACION NUMERO 1 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ES POSIBLE REALIZAR LA COTIZACION POR CADA UNA DE LOS RENGLONES DE LA PARTIDA 1, SIN SER OBLIGATORIO LA COTIZACION DEL TOTAL DE CLAVES SEÑALADAS EN SU PREGUNTA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

150	589323	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TÉCNICO	PI GENERAL	PARA LA REFERENCIACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS ADEMÁS DE MANUALES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS.¿PUEDEN SER REFERENCIADAS POR MEDIO DE IMÁGENES?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN REFERENCIADOS DE MANERA LEGIBLE TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LAS CEDULAR DE DECRIPCION DE ARTICULOS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS SEMAS PARTICIPANTES.
151	589324	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PLAZO DE ENTREGA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA PUEDA SER EN 70 DÍAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
152	589325	INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INCISO E) PUNTO III:	CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORISTA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN HOJA MEMBRETADA; SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LA CARTA DE APOYO PUEDE SER EMITIDA ADICIONAL A LAS MENCIONADAS, POR EL TITULAR DE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
153	589592	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NEXO N ° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES.	B2. CAPACIDAD PARA ASISTENCIA TÉCNICA (RECURSOS TÉCNICOS Y DE EQUIPAMIENTO). DICE: CURRÍCULUM DEL LICITANTE, EN EL QUE SE INDIQUE LA CANTIDAD DE SUCURSALES Y CENTROS DE SERVICIOS CON LOS QUE CUENTE EL LICITANTE, CON DISPONIBILIDAD PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS EN LA UNIDAD MÉDICA DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO Y OBTENER EL PUNTAJE MÁS ALTO, NOS PERMITA PRESENTAR EN EL CURRÍCULUM DE MI REPRESENTADA CON UN SOLO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EL CUAL TIENE LA CAPACIDAD PARA ATENDER A LAS PARTIDAS DE INTERÉS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
154	589593	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NEXO N ° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES.	DICE: EFECTO DE ACREDITAR LOS RUBROS B. CAPACIDAD DEL LICITANTE, C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE Y D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, EL LICITANTE DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO CONTENIDO EN EL ANEXO NO. 11 "DOCUMENTOS CONCERNIENTES A LA EVALUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL ANEXO QUE ESTA HACIENDO MENCIÓN ES EL ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) RELACIÓN DE DOCUMENTOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRETA SU APRECIACION.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

155	589594	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NEXO N° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES.	C1. EXPERIENCIA; C2. ESPECIALIDAD; D1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA TAMBIEN PODER PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPOS MEDICOS Y DE DIAGNOSTICO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, ADQUISICIÓN Y/O SERVICIO INTEGRAL, YA QUE TAMBIEN PUEDEN DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA LAS PARTIDA 2 A LA 33, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. PARA LA PARTIDA 1, DEBERA PRESENTAR CONTRATOS DE ADQUISICION Y/O ARRENDAMIENTO DE ANGIOGRAFOS EN INSTITUCIONES DE SALUD.
156	589595	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NEXO N° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES.	C1. EXPERIENCIA; C2. ESPECIALIDAD; D1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA TAMBIEN PODER PRESENTAR CONTRATOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS ES DECIR DE 2014 A 2024, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERAN PRESENTAR CONTRATOS QUE CORRESPONDAN AL PERIODO 2016 AL 2023.
157	589596	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NEXO N° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES.	C1. EXPERIENCIA; C2. ESPECIALIDAD; D1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS DEBEMOS ENTENDER QUE PARA OBTENER EL MÁXIMO DE PUNTOS EN CADA SUBRUBRO CITADO, SE DEBE PRESENTAR 3 CONTRATOS INDISTITAMENTE DEL PERIODO DE TIEMPO QUE ABARQUE CADA CONTRATO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERAN PRESENTAR CONTRATOS QUE CORRESPONDAN AL PERIODO 2016 AL 2023.
158	589597	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NUMERO 10 (DIEZ)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO ENTRE EN LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYMES, NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO CON LA MARCA DE AGUA "NO APLICA", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
159	589598	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NUMERO 17	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS FACILITE EL ARCHIVO, YA QUE EL VINCULO QUE ESTA EN LA CONVOCATORIA NO FUINCIONA, FAVOR DE ACLARAR.	SE ADJUNTA EL ANEXO NUMERO 17, PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

SE INFORMA ENTONCES QUE, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL **ARTICULO 46 FRACCIÓN II**, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE DIO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES DE MANERA ELECTRÓNICA OTORGANDO UN PLAZO DE **DIECISIETE (17) HORAS Y 10 MINUTOS**, PARA QUE A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET, SE DA OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES DE QUE REALICEN PREGUNTAS SOLO EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE **SUSPENDE LA SESION** SIENDO LAS **15:50 HORAS**, DEL **05 DE JUNIO DE 2024**, PARA REANUDARSE EL **06 DE JUNIO DE 2024 A LAS 09:00 HORAS**.-----



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

CIERRE DEL ACTA

SIENDO LAS **09:00 HORAS** DEL DÍA **06 DE JUNIO DE 2024**, Y HABIENDOSE CUMPLIDO EL TIEMPO ESTABLECIDO COMO LIMITE DESDE QUE SE PUBLICARON LAS RESPUESTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN COMPRANET Y QUE SE MANIFESTO EN LA APERTURA DE ESTE EVENTO, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO **46 FRACCION II** DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, **SE REANUDA EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, INFORMANDO QUE **SE RECIBIERON CUATRO (4) PREGUNTAS** EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE, COMO SE MUESTRA EN LA PANTALLA DEL SISTEMA COMPRANET QUE SE PLASMA A CONTINUACIÓN:-----

The screenshot displays the COMPRANET web application. The top navigation bar includes the system name and user information for PERLA JUDITH ROMERO VELAZQUEZ. A sidebar on the left contains various menu items. The main content area, titled 'Listado de Preguntas', features a table with the following data:

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Pregunta	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
1	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	58932	CON BASE A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 58932 DE LA EMPRESA INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV SOLICITAMOS NOS ESPECIFIQUE LA CAPACIDAD MINIMA DE ACUMULACION TERMICA DEL ANODO DEL EQUIPO?	05/06/2024 22:16		Responder
2	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	589642	SEGUN LA RESPUESTA 589642 DADA A MI REPRESENTADA HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA MANIPULACION MINIMA QUE DEBE PODER REALIZARSE CON LA PANTALLA TÁCTIL DENTRO DE LA SALA DE EXPLORACION.	05/06/2024 22:16		Responder
3	CE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ID 589125	DADO QUE TENEMOS DIFERENTES FÁBRICAS A NIVEL GLOBAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE PUEDE SER EMITIDA Y FIRMADA POR LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL, CONTROLADORA DE LAS PLANTAS FILIALES QUE MANUFACTURAN LOS EQUIPOS? ACOMPAÑANDO A LA MISMA DE LA CERTIFICACION RESPECTO A DICHAS FILIALES DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL, ¿SE ACEPTA?	05/06/2024 23:53		Responder
4	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	589624	SEGUN LA RESPUESTA 589624 DADA A MI REPRESENTADA HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE LA CAPACIDAD MINIMA DE ACUMULACION TERMICA DEL ANODO QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO PARA LOGRAR EL USO ADECUADO QUE PRETENDE TENER LA CONVOCANTE.	05/06/2024 22:16		Responder

ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTICULO **46 FRACCION II Y IV** DE SU REGLAMENTO, SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS EN RELACION A LAS RESPUESTA REMITIDAS POR LA CONVOCANTE, CONFORME SE ESTIPULA EN EL ARTICULO **46 FRACCION IV**, DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: -----



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

PREGUNTAS EN RELACION A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE

N°	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	48869	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	589312	CON BASE A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 589312 DE LA EMPRESA INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV SOLICITAMOS NOS ESPECIFIQUE LA CAPACIDAD MINIMA DE ACUMULACIÓN TERMICA DEL ANODO DEL EQUIPO?	LA CAPACIDAD MINIMA DE ALMACENAMIENTO DEL ANODO ES DE 2.5 MHU O PODRIA SER MAYOR, SIEMPRE Y CUANDO SEA SUPERIOR A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 (DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
2	48870	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	588642	SEGÚN LA RESPUESTA 588642 DADA A MI REPRESENTADA HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA MANIPOLACIÓN MINIMA QUE DEBE PODER REALIZARSE CON LA PANTALLA TÁCTIL DENTRO DE LA SALA DE EXPLORACIÓN.	DEBE PERMITIR LA MANIPULACION Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES 2D Y 3D, EN TIEMPO REAL Y POST PROCESAMIENTO EN UN ANGULO MINIMO DE 170° Y POSPROCESAMIENTO DE IMÁGENES COMO SE DELIMITA EN EL ANEXO 2(DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS.
3	48871	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ID 589125	DADO QUE TENEMOS DIFERENTES FÁBRICAS A NIVEL GLOBAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE PUEDE SER EMITIDA Y FIRMADA POR LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL, CONTROLADORA DE LAS PLANTAS FILIALES QUE MANUFACTURAN LOS EQUIPOS? ACOMPAÑANDO A LA MISMA DE LA CERTIFICACION RESPECTO A DICHAS FILIALES DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL. ¿SE ACEPTA?	DEBERA ENTREGAR CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORISTA DEBIDAMENTE FIRMADA EN HOJA MEMBRETADA Y LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. EN EL ENTENDIDO QUE SU REPRESENTADA TIENE DIFERENTES FABRICAS A NIVEL GLOBAL PODRAN ENTREGAR CARTA FIRMADA POR LA MATRIZ GLOBAL, SIEMPRE Y CUANDO SE DOCUMENTE QUE PERTENECEN A LA MISMA MATRIZ Y/O CONSORCIO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS SEMAS PARTICIPANTES.
4	48908	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	588624	SEGÚN LA RESPUESTA 588624 DADA A MI REPRESENTADA HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE LA CAPACIDAD MINIMA DE ACUMULACION TERMICA DEL ANODO QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO PARA LOGRAR EL USO ADECUADO QUE PRETENDE TENER LA CONVOCANTE.	LA CAPACIDAD MINIMA DE ALMACENAMIENTO DEL ANODO ES DE 2.5 MHU O PODRIA SER MAYOR, SIEMPRE Y CUANDO SEA SUPERIOR A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 (DOS) CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULOS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE DE ACUERDO CON EL **ARTÍCULO 33 BIS** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERALES **4.25 INCISO E)** DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS COMO RESPONSABLES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA Y/O REQUERENTE PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, SON LOS C. DR. FRANCISCO MANUEL ESCALANTE NIETO, TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS, Y EL C. C. ING. RODRIGO LEONILLO DELGADO VELAZQUEZ, INGENIERO BIOMÉDICO DEL OOAD REGIONAL COLIMA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**

ACTA DE CIERRE DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

POR TRATARSE DE UNA LICITACION ELECTRONICA PARA EFECTOS DE NOTIFICACION AL TERMINO DE ESTE EVENTO LA PRESENTE ACTA, SE PUBLICARA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL **(COMPRANET)** EN LA DIRECCION ELECTRONICA <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>, ASI COMO EN EL TABLERO DE AVISOS DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO EN DOMICILIO YA SEÑALADO, LA CUAL ESTARA DISPONIBLE POR UN LAPSO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES, CONTANDO APARTIR DE CONCLUIDO EL EVENTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.-----

SE **RECTIFICA** QUE EL **ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION EN COMENTO, SE LLEVARA A CABO EL DIA **14 DE JUNIO DE 2024**, A LAS **10:00 HORAS**, A TRAVES DEL COMPRANET Y EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COLONIA ALTA VILLA; C.P. 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, LO ANTERIOR CONFORME A LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.-----

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA; DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES Y DE RESPONSABILIDADES EN COLIMA, ASISTIÓ EL **C.P. SAMUEL PEREZ MEJIA**, JEFE DE GRUPO. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DEL EVENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION, SIENDO LAS **12:40 HORAS** DEL DIA **06 DE JUNIO DE 2024**, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.-----

"POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"

ING. MANUEL FERNANDO REYES MUGÜERZA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN
DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Autorizo

C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NUÑEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Valido

LIC. MARIA GUADALUPE CASTELLANOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DEL AREA JURIDICA
DEL OOAD REGIONAL COLIMA

C. Víctor Hugo Ramírez Hernández
Reviso

C.P. René Cárdenas Sánchez
Elabora