



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2024**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COL. ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA.

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ADEMAS CON LAS FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE OFICIO N°. COL/069001050100/OD/442/2024, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, SUSCRITO POR LA TITULAR DEL OOAD REGIONAL COLIMA, HACE EL USO DE LA PALABRA, EL LIC. LUIS GODINEZ CRUZ, ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DEL OOAD REGIONAL COLIMA, DANDO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HACIENDO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE PLASMAN LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA QUE SEAN CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACION DE SUS PROPOSICIONES.

MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA

MODIFICACION N° 1

SE MODIFICA EL TERCER PÁRRAFO DEL **NUMERAL 7 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS**, ÚNICAMENTE DICHO PÁRRAFO PARA QUEDAR COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

DICE:

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LAASSP, LOS CRITERIOS QUE APLICARÁN EL ÁREA SOLICITANTE Y/O TÉCNICA COMO MÉTODO PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SERÁ EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES; POR LO QUE PARA SER SUJETO DE EVALUACIÓN BAJO EL **CRITERIO DE PUNTOS O PORCENTAJES**, SE CONSIDERARÁN ÚNICAMENTE A ÉL(LOS) LICITANTE(S) QUE PREVIAMENTE HAYA(N) CUMPLIDO CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, DE ACUERDO A LOS NUMERALES 2.1 EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, EL 3, 3.1.1, 3.1.2 Y 3.2 ASÍ COMO LO SIGUIENTE:

DEBE DECIR:

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LAASSP, LOS CRITERIOS QUE APLICARÁN EL ÁREA SOLICITANTE Y/O TÉCNICA COMO MÉTODO PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SERÁ EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES; POR LO QUE PARA SER SUJETO DE



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

EVALUACIÓN BAJO EL **CRITERIO DE PUNTOS O PORCENTAJES**, SE CONSIDERARÁN ÚNICAMENTE A ÉL(LOS) LICITANTE(S) QUE PREVIAMENTE HAYA(N) CUMPLIDO CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, DE ACUERDO A LOS NUMERALES **1.3.1**, EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, EL 3, 3.1.1, 3.1.2 Y 3.2 ASÍ COMO LO SIGUIENTE:

MODIFICACION N° 2

SE MODIFICA EL NUMERAL **18. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL**, EN EL CUAL SE HACE REFERENCIA A UN ANEXO QUE NO CORRESPONDE CON ESTE NUMERAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA DICHA MODIFICACIÓN:

DICE:

18. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE TENGAN INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONVOCADO, QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 FRACCIONES I Y II, 18 FRACCIONES I Y II, Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y 38 DE SU REGLAMENTO, DEBERÁN INDICAR SI EN LOS DOCUMENTOS QUE PROPORCIONEN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, RESERVADA O COMERCIAL RESERVADA, SEÑALANDO LOS DOCUMENTOS O LAS SECCIONES DE ESTOS QUE LA CONTENGAN, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL CONSIDEREN QUE TENGAN ESE CARÁCTER. ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE), (EL PRESENTE ANEXO ES OPCIONAL PARA LA PRESENTE LICITACIÓN).

DEBE DECIR:

18. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE TENGAN INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONVOCADO, QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 FRACCIONES I Y II, 18 FRACCIONES I Y II, Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y 38 DE SU REGLAMENTO, DEBERÁN INDICAR SI EN LOS DOCUMENTOS QUE PROPORCIONEN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, RESERVADA O COMERCIAL RESERVADA, SEÑALANDO LOS DOCUMENTOS O LAS SECCIONES DE ESTOS QUE LA CONTENGAN, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL CONSIDEREN QUE TENGAN ESE CARÁCTER. **ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)**, (EL PRESENTE ANEXO ES OPCIONAL PARA LA PRESENTE LICITACIÓN).

MODIFICACION N° 3

SE MODIFICA EL **NUMERAL 1.1. Y 6.5**, DE LA CONVOCATORIA, REFERENTE A LA FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARAN A CABO: LA **VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES**, SEGUNDA **JUNTA DE ACLARACIONES**, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO, PARA QUEDAR COMO SE MUESTRA A CONTINUACION: -----



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

DICE:

1.1. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS, SE CONTEMPLA EN EL **ANEXO NÚMERO 4**, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA LICITACIÓN.

LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE Estrictamente A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA LICITACIÓN, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO.

LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

EVENTOS	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a las Instalaciones Institucionales	19/07/2024	10:00 HORAS	Avenida Lapsilázuli No. 250, Colonia El Haya, CP 28984, Villa de Alvarez, Colima.
Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación.	24/07/2024	09:00 HORAS	COMPRANET 2023 https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	01/08/2024	10:00 HORAS	
Fallo	09/08/2024	10:00 HORAS	
Firma del Contrato	Se le informa al licitante Adjudicado que deberá pasar a formalizar el Contrato respectivo a más tardar el día (23 DE AGOSTO DE 2024) , plazo que se encuentra comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del Fallo, en términos del artículo 46 de la LAASSP, en un horario de 09:00 A 15:00 Horas en la oficina de contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del OOAD Regional Colima, Ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Alta Villa, C.P. 28987 En Villa de Alvarez, Colima.		

DEBE DECIR:

1.1. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS, SE CONTEMPLA EN EL **ANEXO NÚMERO 4**, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA LICITACIÓN.

LOS LICITANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE Estrictamente A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA LICITACIÓN, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO.

LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

EVENTOS	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a las Instalaciones Institucionales	01/08/2024	10:00 HORAS	Avenida Lapslázuili No. 250, Colonia El Haya, CP 28984, Villa de Alvarez, Colima.
Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación.	06/08/2024	09:00 HORAS	COMPRANET 2023 https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	14/08/2024	10:00 HORAS	
Fallo	19/08/2024	12:00 HORAS	
Firma del Contrato	Se le informa al licitante Adjudicado que deberá pasar a formalizar el Contrato respectivo a más tardar el día (03 DE SEPTIEMBRE DE 2024) , plazo que se encuentra comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del Fallo, en términos del artículo 46 de la LAASSP, en un horario de 09:00 A 15:00 Horas en la oficina de contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del OOAD Regional Colima, Ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Alta Villa, C.P. 28987 En Villa de Alvarez, Colima.		

DICE:

6.5.- FIRMA DEL CONTRATO:

Se le informa al licitante Adjudicado que deberá pasar a formalizar el Contrato respectivo a más tardar el día **23 DE AGOSTO DE 2024**, plazo que se encuentra comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del Fallo, en términos del artículo 46 de la LAASSP, en un horario de **09:00 A 15:00 Horas** en la oficina de contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del OOAD Regional Colima, Ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Alta Villa, C.P. 28987 En Villa de Alvarez, Colima.

DEBE DECIR:

6.5.- FIRMA DEL CONTRATO:

Se le informa al licitante Adjudicado que deberá pasar a formalizar el Contrato respectivo a más tardar el día **03 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, plazo que se encuentra comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del Fallo, en términos del artículo 46 de la LAASSP, en un horario de **09:00 A 15:00 Horas** en la oficina de contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del OOAD Regional Colima, Ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Alta Villa, C.P. 28987 En Villa de Alvarez, Colima

MODIFICACION N° 4

SE ADICIONA A LA CONVOCATORIA EL **INCISO J)** EN EL NUMERAL **3.1.1 DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA**, CONFORME A LOS SIGUIENTE:

3.1.1 DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA:



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

J) EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA MORAL, DEBERÁ PRESENTAR RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE; NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZARA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EN SU CASO PRESENTAR ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE).

MODIFICACION N° 5

SE ADICIONA A LA CONVOCATORIA EN EL **ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)** EL **INCISO J)**, CONFORME A LOS SIGUIENTE:

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

DOCUMENTO SOLICITADO DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	PRESENTADO	
		SI	NO
EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA MORAL, DEBERÁ PRESENTAR RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE; NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZARA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EN SU CASO PRESENTAR ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) .	3.1.1 INCISO J)		

MODIFICACION N° 6

SE ADICIONA A LA CONVOCATORIA EL **ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)**, REFERENTE AL NUMERAL 3.1.1 INCISO J), DE LA DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA, CONFORME A LOS SIGUIENTE:

ANEXO NUMERO 20 (VEINTE)

CARTA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Lugar y fecha, a ____ de ____ de ____.

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL **3.1.1. INCISO J**, DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, YO _____ NOMBRE Y APELLIDOS _____ SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA _____, **DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, EN EL SUPUESTO QUE RESULTE ADJUDICADO CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.**



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

NOMBRE Y FIRMA

MODIFICACION N° 7

SE MODIFICA EL **ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)**, EN EL CUAL SE ADICIONA TEXTO RESPECTO A LOS LICITANTES QUE EN EL CUAL LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE JERCEN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARA QUEDAR COMO SE PLASMA A CONTINUACION:-----

ANEXO NUMERO 6 (SEIS)

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA No. _____**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD REGIONAL COLIMA
P R E S E N T E-

(_____ NOMBRE _____) **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____, DECLARO LO SIGUIENTE:

- CONOCER EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
- QUE MI REPRESENTADA, LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE JERCEN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. *
- QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA SANCIONADA COMO EMPRESA O PRODUCTO POR LA SECRETARIA DE SALUD.
- QUE ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 FRACCIÓN IX DE LA LAASSP.
- MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE POR MI CONDUCTO NO PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO PERSONAS FISICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY O DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 31, FRACCION XXIV, 50 Y 60 PENULTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

- MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS DE MI PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.
- QUE EL LICITANTE SE OBLIGA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A LIBERAR AL INSTITUTO DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE EN SU CASO OCASIONE DERIVADO DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, MARCAS Y OTROS DERECHOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

LUGAR Y FECHA

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

*** EN CASO DE CONTAR CON INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, DEBERÁ DE PRESENTAR LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.1.1 INCISO J) Y ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE).**

MODIFICACION N° 8

SE MODIFICA EL NUMERAL 3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA INCISO E) FRACCIÓN III, DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR COMO SE PLASMA A CONTINUACIÓN:-----

DICE:

3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA:

E) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES VICENTES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.

III. EN EL CASO DE SER DISTRIBUIDOR SE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

- CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO, O MAYORISTA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN HOJA MEMBRETADA, ASÍ COMO COPIA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL **PUNTO IV** DEL INCISO **D** DE LA PRESENTE SOLICITUD.

DEBE DECIR:

3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA:

E) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES VICENTES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.

III. EN EL CASO DE SER DISTRIBUIDOR SE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

- CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO, O MAYORISTA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN HOJA MEMBRETADA, ASÍ COMO COPIA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL **PUNTO IV** DEL INCISO **E**) DE LA PRESENTE SOLICITUD.

MODIFICACION N° 9



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

SE ADICIONA EL **INCISO P) Y Q)** AL NUMERAL 9. CAUSAS DE DESECHAMIENTO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

P) CUANDO NO PRESENTE EL ANEXO 10 (DIEZ) "FORMATO DE CARTA RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA".

Q) CUANTO NO PRESENTE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO LEGIBLES, POSITIVAS Y VIGENTES, SAT, IMSS E INFONAVIT SU PROPUESTA.

MODIFICACION N° 10

SE MODIFICA EL **ANEXO N ° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES**, DE LA CONVOCATORIA, ÚNICAMENTE LO REFERENTE AL INCISO F), COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN, REFERENTE A LA OBLIGACIÓN DE LOS LICITANTES DE ASISTIR A LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LO CUAL SE MODIFICA EN EL SENTIDO DE LA OBLIGATORIEDAD.

DICE:

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

Con base al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017; Sección IV "Visitas". Se les informa a los Licitantes que las visitas solo podrán ser efectuadas a partir de los tres días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria y hasta dos días hábiles previos a la presentación y apertura de proposiciones, en horario de 8:00 a 18:00 horas y en días hábiles para el Instituto, para lo cual el licitante deberá ponerse en contacto a los siguientes correos, con al menos dos días hábiles para el Instituto previas a la fecha probable de visita, en horario de 8:00 a 18:00 horas y en días hábiles para el Instituto para que éste le asigne y deje constancia, de la fecha y hora programada, el objeto y lugar de la reunión, así como el nombre del servidor público designado para llevarla a cabo:

Dr. Mario Arturo Mercado Moran – Director

Ing. Rafael Hernandez Anguiano – Jefe de Conservación

Ing. Rodrigo Leonilo Delgado Velazquez – Ingeniero Biomédico Delegacional

Las visitas a las instalaciones institucionales deberán llevarse a cabo de manera **opcional**, por lo que el proveedor podrá realizar un levantamiento físico en la unidad médica destino de los bienes, a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los bienes por ofertar, así mismo deberá presentar en su propuesta el documento conforme al Anexo 10 (diez) "Formato de carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

adecuación a las instalaciones de la unidad médica que corresponda", de realizar los trabajos necesarios de adecuación en la unidad médica hospitalaria destino del equipo, para la adecuada instalación de los bienes que garantice su correcto y óptimo funcionamiento.

Con su propuesta técnica podrá incluir las constancias de visita, deberá contener como mínimo: nombre de unidad médica, fecha de la visita; el nombre, firma y matrícula del personal del Instituto que atendió la visita, así como el nombre, cargo y firma del personal de la empresa proveedor asistente; en hoja membretada de la empresa participante, conforme al Anexo 10 (diez) "Formato de carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de la unidad médica que corresponda", de la presente convocatoria.

La visita a las instalaciones Institucionales tiene por finalidad que cada proveedor tome en consideración los espacios físicos y en su caso las adecuaciones a la sala que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, dentro de su propuesta, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los bienes deberán ubicarse.

Todas las adecuaciones que se requieran para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, serán a cargo del Proveedor, quien se compromete a cumplir cabalmente la instalación de los bienes en los que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos de adecuación de espacio físico en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, necesarios y directamente relacionados con la instalación del bien así como su correcto funcionamiento.

El importe de los gastos generados por la(s) visita(s) a las instalaciones referidas en los párrafos anteriores, correrá absolutamente por cuenta del proveedor.

DEBE DECIR:

- f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.**

Con base al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017; Sección IV "Visitas". Se les informa a los Licitantes que la visita será efectuada el día 01 de agosto de 2024, a las 10:00 horas, para lo cual el licitante deberá presentarse en las instalaciones del Hospital General de Zona No. 1 con los servidores públicos designados para llevar a cabo dicha visita:

Dra. Fabiola Esquivel Silva – Directora (fabiola.esquivel@imss.gob.mx)

Ing. Rafael Hernandez Anguiano – Jefe de Conservación (rafael.hernandezag@imss.gob.mx)



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

Dr. Francisco Manuel Escalante Nieto – Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Las visitas a las instalaciones institucionales deberán llevarse a cabo de manera **obligatoria**, por lo que el proveedor podrá realizar un levantamiento físico en la unidad médica destino de los bienes, a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los bienes por ofertar, así mismo deberá presentar en su propuesta el documento conforme al Anexo 10 (diez) "Formato de carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de la unidad médica que corresponda", de realizar los trabajos necesarios de adecuación en la unidad médica hospitalaria destino del equipo, para la adecuada instalación de los bienes que garantice su correcto y óptimo funcionamiento.

Con su propuesta técnica **deberá** incluir las constancias de visita, deberá contener como mínimo: nombre de unidad médica, fecha de la visita; el nombre, firma y matrícula del personal del Instituto que atendió la visita, así como el nombre, cargo y firma del personal de la empresa proveedor asistente; en hoja membretada de la empresa participante, conforme al Anexo 10 (diez) "Formato de carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de la unidad médica que corresponda", de la presente convocatoria.

La visita a las instalaciones Institucionales tiene por finalidad que cada proveedor tome en consideración los espacios físicos y en su caso las adecuaciones a la sala que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, dentro de su propuesta, además de identificar con el personal del Instituto aquellos espacios de carga/descarga, maniobras. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los bienes deberán ubicarse.

Todas las adecuaciones que se requieran para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, serán a cargo del Proveedor, quien se compromete a cumplir cabalmente la instalación de los bienes en los que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos de adecuación de espacio físico en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, necesarios y directamente relacionados con la instalación del bien así como su correcto funcionamiento.

El importe de los gastos generados por la(s) visita(s) a las instalaciones referidas en los párrafos anteriores, correrá absolutamente por cuenta del proveedor.

La ausencia de dicha documentación será motivo de desechamiento de la propuesta.

MODIFICACION N° 11

SE MODIFICA EL **INCISO D) NUMERAL 3.1.2** DE LA CONVOCATORIA, REFERENTE A LAS NORMAS DE CALIDAD, PARA QUEDAR COMO SE PLASMA A CONTINUACIÓN:-----

DICE:

10





LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA:

D) CALIDAD. - Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos **vigentes** siguientes:
Se solicita el cumplimiento de Certificados de calidad **ISO-9001:2015** o **ISO-13485:2016** o JIS o MDSAP (Vigentes), Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente para bienes nacionales, emitido por la COFEPRIS, así como el correspondiente Registro Sanitario, así como sus accesorios de aquellos bienes que así lo requieren.

DEBE DECIR:

3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA:

D) CALIDAD. - Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos **vigentes** siguientes:
Se solicita el cumplimiento de Certificados de calidad **ISO-13485:2016 y ISO-9001:2016** o JIS o MDSAP (Vigentes), Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente para bienes nacionales, emitido por la COFEPRIS, así como el correspondiente Registro Sanitario, así como sus accesorios de aquellos bienes que así lo requieren.

MODIFICACION N° 12

SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL INCISO E) DEL NUMERAL 3.1.2 DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR COMO SE PLASMA A CONTINUACIÓN:

DICE:

- II. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001-2015 O ISO-13485:2016 O JIS O MDSAP, VIGENTES, A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES, EN EL QUE SE DEBERÁ IDENTIFICAR:
- TIPO Y NÚMERO DE CERTIFICADO.
 - NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SE CERTIFICA.
 - ALCANCE.
 - FECHA DE EMISIÓN.
 - VIGENCIA O FECHA DE VENCIMIENTO.
 - NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE EMITE EL CERTIFICADO.

DEBE DECIR:

- II. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD CERTIFICACIONES ISO 13485:2016 Y ISO 9001:2016 Ó JIS Ó FDA, **VIGENTES**, A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES, EN EL QUE SE DEBERÁ IDENTIFICAR:
- TIPO Y NÚMERO DE CERTIFICADO.
 - NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SE CERTIFICA.
 - ALCANCE.
 - FECHA DE EMISIÓN.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

- VIGENCIA O FECHA DE VENCIMIENTO.
- NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE EMITE EL CERTIFICADO.

SE INFORMA QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET 2023), SE RECIBIERON **DIEZ (10)** SOLICITUD DE ACLARACIONES, LAS CUALES CONTIENEN **CIENTO SETENTA Y CUATRO (174)**, PREGUNTAS, ASÍ COMO ESCRITOS DE INTERES EN PARTICIPAR DE LOS LICITANTES QUE SE MUESTRA EN LA TABLA A CONTINUACION.-----

Núm.	Remitente	Manifiesto de Interés en Participar	Núm. Preguntas
1	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SI	0
2	AUG SA DE CV	SI	28
3	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	SI	0
4	CONDUIT LIFE SA DE CV	SI	22
5	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	SI	1
6	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SI	28
7	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	SI	1
8	GRUPO FAYX SA DE CV	SI	0
9	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	SI	20
10	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	SI	9
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	SI	2
12	MEDICA LUTESA SA DE CV	SI	0
13	MEDIXSA SA DE CV	SI	21
14	NUDOMI SA DE CV	SI	0
15	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	SI	0
16	SECURE INC SA DE CV	SI	0
17	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	SI	0
18	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	SI	0
19	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SI	42
20	TÉCNO ROBLES DE MEXICO SA DE CV	SI	0
21	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	SI	0
22	VITER MEDICAL SA DE CV	SI	0

ASIMISMO, ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO **46 FRACCION II**, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y AL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACION PRESENTADA CONFORME SE ESTIPULA EN EL ARTICULO 46 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AQUSICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:-----

Nº	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	611243	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 5 PLAZO, LUGAR, TERMINOS Y CONDICIONES; INCISO B) PLAZO DE ENTREGA.....	DICE: EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ, DE 60 DÍAS NATURALES SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES, SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA A 120	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					DÍAS NATURALES ¿SE ACEPTA?	
2	612166	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:	DICE: A) LA DECLARACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY, RELATIVA A NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA MISMA; PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO NO.6, YA QUE EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ANEXO EN COMENTO SE MENCIONA LO QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO CITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL NUMERAL 1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS, DE LA CONVOCATORIA, REFIERE, A QUE, EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERA DE PRESENTAR EL ANEXO N° 6 , EL CUAL CONTIENE LO SOLICITADO POR EL INCISO A) DE DICHO NUMERAL
3	612167	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:	DICE: B) LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY; PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO NO.6, YA QUE EN EL CUARTO PUNTO DEL ANEXO EN COMENTO SE MENCIONA LO QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO CITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL NUMERAL 1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS, DE LA CONVOCATORIA, REFIERE, A QUE, EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERA DE PRESENTAR EL ANEXO N° 6 , EL CUAL CONTIENE LO SOLICITADO POR EL INCISO B) DE DICHO NUMERAL
4	612168	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:	DICE: C) EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE CARÁCTER NACIONAL, EL QUE CONTENGA LA MANIFESTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 35 DE ESTE REGLAMENTO; PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO LIBRE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN NACIONALES, DEBERA PRESENTAR EL ANEXO N° 13.
5	612169	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:	DICE: D) EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL, EL QUE	ES CORRECTA SU APRECIACION, EL NUMERAL 1.3.1



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					CONTENGA LA MANIFESTACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DEL PRESENTE REGLAMENTO, Y PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO LIBRE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PROPOSICIONES CONJUNTAS, DE LA CONVOCATORIA, REFIERE, A QUE, EN CASO DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERA DE PRESENTAR EL ANEXO N° 6, EL CUAL CONTIENE LO SOLICITADO POR EL INCISO D) DE DICHO NUMERAL
6	612170	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:	DICE: E) EN SU CASO, EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE O EL ESCRITO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 34 DE ESTE REGLAMENTO. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 10 (DIEZ), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
7	612171	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:	DICE: E) EN SU CASO, EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE O EL ESCRITO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 34 DE ESTE REGLAMENTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE EN LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYMES, NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN DONDE SE MANIFIESTE LO ANTERIOR Y ESTO NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?	EN EL SUPUESTO DE QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE EN LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYMES, BASTARA CON MANIFESTAR QUE DICHO ANEXO NO APLICA, YA QUE ES UNA EMPRESA GRANDE.
8	612172	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3 TERCER PUNTO	DICE: DEBERÁN ENTREGAR JUNTO CON SUS PROPUESTAS TÉCNICO - ECONÓMICAS, UNA DECLARACIÓN FIRMADA EN FORMA AUTÓGRAFA POR EL PROPIO LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, POR	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA DE PRESENTAR EL ANEXO 6 PARA CUMPLIR CON LA SEGUNDA VIÑETA DEL NUEMRL 3 DE LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LAASSP. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO NO.6, YA QUE EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ANEXO EN COMENTO SE MENCIONA LO QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO CITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
9	612173	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3 TERCER PUNTO	DICE: LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MIPYMES, DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 10 (DIEZ), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
10	612254	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3 TERCER PUNTO	DICE: LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MIPYMES, DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE EN LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYMES, NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN DONDE SE MANIFIESTE LO ANTERIOR Y ESTO NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, EN EL SUPUESTO DE QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE EN LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYMES, BASTARA CON MANIFESTAR QUE, NO APLICA, YA QUE ES UNA EMPRESA GRANDE.
11	612255	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 DOCUMENTACION LEGAL	DICE: E) EN CASO DE PARTICIPAR CON EL	EN EL SUPUESTO DE QUE SU REPRESENTADA NO



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

Nº	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ADMINISTRATIVA:	CARÁCTER DE MIPYMES, PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN QUE ACREDITE SU ESTRATIFICACIÓN EN TÉRMINOS DEL ANEXO NÚMERO 10 DE LA PRESENTE LICITACION. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE EN LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYMES, NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO EN DONDE SE MANIFIESTE LO ANTERIOR Y ESTO NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ENCUENTRE EN LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYMES, BASTARA CON MANIFESTAR QUE DICHO ANEXO NO APLICA, YA QUE ES UNA EMPRESA GRANDE.
12	612256	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA:	DICE: I) COPIA DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS O SU EQUIVALENTE, CONFORME A SU DOMICILIO: LICENCIA MUNICIPAL, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O AVISO DE FUNCIONAMIENTO, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR VIGENTES. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR COFEPRIS DE NUESTRO ALMACEN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA DE PRESENTAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O AVISO DE FUNCIONAMIENTO, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR VIGENTES.
13	612257	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA. ANEXO N° 5 INCISO D) FRACCIÓN VII. SUBINCISO H	DICE: PARA EL CASO DE QUE LOS REGISTROS SANITARIOS SE ENCUENTREN BAJO PROCESO DE RENOVACIÓN, SE REQUIERE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE HUBIESE SOLICITADO LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE. PREGUNTA: ES CORRECTO	NO ES CORRECTO, DEBERÁ PRESENTAR LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO AL PUNTO 3.1.2 INCISO E), I) CON LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SE DEBE DE PRESENTAR ESCRITO LIBRE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, EN EL QUE SE MANIFIESTE LO ANTERIOR, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
14	612258	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA:	DICE: CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO, O MAYORISTA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN HOJA MEMBRETADA, ASÍ COMO COPIA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO IV DEL INCISO D DE LA PRESENTE SOLICITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE A QUE DOCUMENTOS SE REFIERE, YA QUE NO HAY UN PUNTO IV DEL INCISO D EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.	SU SOLICITUD QUEDA ATENDIDA CON LA MODIFICACIÓN N° 8 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
15	612259	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA:	DICE: A. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE INDIQUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA QUE LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LA CARTA EN COMENTO SE DEBE FIRMAR POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERA DE PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETA DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
16	612260	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.3. EN LA FIRMA DEL CONTRATO.	DICE: 5. AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COMO OPCIÓN LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
17	612261	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION ...	DICE: SE CONSIDERARÁN ÚNICAMENTE A ÉL(LOS) LICITANTE(S) QUE PREVIAMENTE HAYA(N) CUMPLIDO CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, DE ACUERDO A LOS NUMERALES 2.1 EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, EL 3, 3.1.1, 3.1.2 Y 3.2 ASÍ COMO LO SIGUIENTE: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE REQUISITOS CONTIENE EL NUMERAL 2.1, YA QUE EN LA CONVOCATORIA NO VIENE ESTE NUMERAL, FAVOR DE ACLARAR.	SU SOLICITUD QUEDA ATENDIDA CON LA MODIFICACION N° 1, DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
18	612262	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION ...	DICE: SE CONSIDERARÁN ÚNICAMENTE A ÉL(LOS) LICITANTE(S) QUE PREVIAMENTE HAYA(N) CUMPLIDO CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, DE ACUERDO A LOS NUMERALES 2.1 EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, EL 3, 3.1.1, 3.1.2 Y 3.2 ASÍ COMO LO SIGUIENTE: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REQUISITOS DE LOS NUMERALES 3.1.1, 3.1.2 Y 3.2 POR LO MENOS POR UN INTEGRANTE DE LA PARTICIPACIÓN EN CONJUNTO, EXCEPTUANDO LOS ESCRITOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS, ¿SE ACEPTA?	EN EL CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, DEBERÁ DE PRESENTAR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN LOS SOLICITADO EN LOS NUMERALES 3 Y 3.1.1 INCISO A, B, C, E Y H, EL RESTO BASTARÁ CON QUE LO PRESENTE UN INTEGRANTE.
19	612263	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 19	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS ANEXOS NÚMERO 8 (FORMATO PARA FIANZA) Y ANEXO NÚMERO 9 (FORMATO DE MODELO DE CONTRATO) SON PARA EL ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA	ES CORRECTA SU APRECIACION.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
20	612264	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	18. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.	APRECIACIÓN? DICE: SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE TENGAN INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONVOCADO, QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 FRACCIONES I Y II, 18 FRACCIONES I Y II, Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y 38 DE SU REGLAMENTO, DEBERÁN INDICAR SI EN LOS DOCUMENTOS QUE PROPORCIONEN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, RESERVADA O COMERCIAL RESERVADA, SEÑALANDO LOS DOCUMENTOS O LAS SECCIONES DE ESTOS QUE LA CONTENGAN, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL CONSIDEREN QUE TENGAN ESE CARÁCTER. ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL ANEXO QUE SOLICITA ES EL NÚMERO 15, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION, VER MODIFICACION N° 2 DE LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
21	612265	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 ANEXO TÉCNICO	DICE: 4.24.3 EL ANEXO TÉCNICO EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICO (ARCHIVO EDITABLE) DEL BIEN O SERVICIO POR CONTRATAR, DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER COMO SE TRATA DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, SOLO SE PRESENTARÁ TODO LA INFORMACIÓN EN ELECTRÓNICO, ¿ES CORRECTA NUESTRA	ES CORRECTA SU APRECIACION



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					APRECIACIÓN?	
22	612266	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 ANEXO TÉCNICO RELACIÓN DE ANEXOS	ENTENDEMOS QUE DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA NO SE DEBEN INCLUIR LOS ANEXOS QUE SE DEBEN UTILIZAR PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO, COMO POR EJEMPLO: ANEXO 1, 3, 4, 4.1 A, 4.1 B, 4.1 C, 4.1 D, 4.1 E, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS ANEXOS: 1, 3, 4, 4.1 A, 4.1 B, 4.1 C, 4.1 D, 4.1 E, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8, DEBERAN DE SER OBSERVADOS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOLO PARA LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS.
23	612267	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO N° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES	DICE: 4.24.4 TÉRMINOS Y CONDICIONES EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICO (ARCHIVO EDITABLE) DEL BIEN A ADQUIRIR O ARRENDAR O SERVICIO POR CONTRATAR, FIRMADOS EN LA ÚLTIMA HOJA, Y RUBRICADOS EN TODAS, POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ÁREA REQUIRIENTE Y/O TÉCNICA RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN, A SABER: B) EN OOAD: EL TITULAR, EL JEFE DE SERVICIOS, EL JEFE DE DEPARTAMENTO O EL JEFE DE OFICINA DE QUE SE TRATE. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER COMO SE TRATA DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, SOLO SE PRESENTARÁ TODO LA INFORMACIÓN EN ELECTRÓNICO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
24	612268	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO N° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES	RUBROS: C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE Y D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DEL 2013 AL 2023, A EFECTO DE QUE HAYA PLURALIDAD DE LICITANTES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
25	612269	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO N° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES	RUBROS: C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE Y D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE SERVICIOS INTEGRALES, EN HEMODINAMÍA, ANESTESIA, MÍNIMA INVASIÓN Y/O ENDOSCOPIA, CON EL FIN DE COMPROBAR LA EXPERIENCIA DE MI REPRESENTADA EN EL SUMINISTRO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD, ¿SE ACEPTA?	
26	612270	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO N° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES	RUBRO: D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA TAMBIEN PRESENTAR LIBERACIÓN DE LA AFIANZADORA O CARTA DE NO HABER RECLAMACIÓN ALGUNA SOBRE LA FIANZA HASTA EL MOMENTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
27	612271	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO N° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES	DICE: DEBERÁ ESTAR VIGENTES, LEGIBLES Y POSITIVAS (IMSS, SAT E INFONAVIT) EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. PREGUNTA: PARA EL CASO DE LA OPINIÓN DEL IMSS, SOLICTAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTARLA POSITIVA CON FECHA DE EMISIÓN DE 3 DÍAS ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SI EMBARGO EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERA DE PRESENTAR, OPINIONES IMSS, SAT Y CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DE INFONAVIT, VIGENTES, LEGIBLES Y POSITIVAS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.
28	612272	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO N° 5 PLAZO, LUGAR, TÉRMINOS Y CONDICIONES	DICE: LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES DEBERÁN LLEVARSE A CABO DE MANERA OPCIONAL, PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LA VISITA NO	CONFORME A LA MODIFICACION N° 10, SE ESTABLECE QUE LA VISITA SERA OBLIGATORIA, SIN EMBARGO, EL LICITANTE QUE HAYA ACUDIDO A LA VISITA A LAS



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					SERÁ OBLIGATORIA Y EL NO INCLUIRLA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, Y EN EL CASO DE LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SUBRUBRO A3 BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO NO. 10 PARA OBTENER EL MÁXIMO DE PUNTOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	INSTALACIONES INSTITUCIONALES PRIMIGENIA, NO SERA NECESARIO QUE ACUDA NUEVAMENTE
29	612273	AUG SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NUMERO 17 Y 19	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTOS ANEXO SON DE CARÁCTER INFORMATIVO, Y EL NO INCLUIRLOS EN MI PROPUESTA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
30	613186	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, 2 ACCESORIOS, 2.1 INYECTOR.	EN EL APARTADO #3 CONSUMIBLES, NUMERAL 3.3, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, 100 KITS PARA INYECTOR DE FLUJO VARIABLE COMPUESTO DE 1 (UN) CONTROLADOR MANUAL, 1 (UN) CONTENEDOR DE MEDIO DE CONTRASTE Y 1 (UN) MANIFOLD AUTOMÁTICO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
31	613209	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PUNTO 1.4.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ALTURA AJUSTABLE DE LA CAMILLA, QUE CUBRA UN RANGO DE 61 CM A 94.6 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN) COMO MÍNIMO, AL SER UN MAYOR RANGO, BENEFICIA A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD, EVITANDO LESIONES POR CAÍDA DEL PACIENTE O LUMBARES PARA EL OPERADOR DE LA CAMILLA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
32	613210	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PUNTO 1.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA CAMILLA CON UN ANCHO	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					TOTAL DE 96.5 CM ¿SE ACEPTA?	EL RESTO DEL PUNTO Y CON LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
33	613211	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: 16314 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMA.PUNTO 1.1.14.2.3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS DE FIBRA ÓPTICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR MANGO DE FIBRA ÓPTICA DE ACUERDO A LA ILUMINACIÓN SOLICITADA EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO, EL CUAL DEBERÁ DE SER COMPATIBLE CON TODAS LAS HOJAS SOLICITADAS Y QUE OFERTE CON EL EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL.
34	613212	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVO	2.- PARTIDA 1, ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C1. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C2. ESPECIALIDAD D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. D1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LOS CONTRATOS SOLICITADOS DEBEN DE SER DE A NOMBRE DEL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
35	613216	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE. PUNTO 1.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE LE PERMITA OFERTAR CAMILLA RADIOTRASPARENTE DE 318 KG O MAYOR, YA QUE CUBRE UN RANGO AMPLIO DE PACIENTES, PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA FUNCIONALIDAD CON SEGURIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
36	613217	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PUNTO 1.3.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TRENDELENBURG Y TENDELENBURG INVERSO DE 17° COMO MÍNIMO, YA QUE TIENE UN MAYOR ALCANCE PARA EL POSICIONAMIENTO	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					DE LA CAMA Y MANEJO DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	
37	613218	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRANSARENTE PUNTO 1.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE LE PERMITA OFERTAR CAMILLA CON DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 191 CM DE LARGO X 76 CM DE ANCHO, COMO MÍNIMO, AL SER MÁS ANCHO HACE QUE LA CAMILLA SEA APTA PARA LA SUPERFICIE CORPORAL DE DIFERENTES PACIENTES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
38	613219	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: 16314 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN PUNTO 1.1.3	EL CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO - SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CARRO ROJO CON UNA LONGITUD DE 115.6 CM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
39	613220	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: 16314 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN PUNTO 1.1.3.3.3	PARA EL CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON IMÁGENES DEL CATÁLOGO O CON UN ENLACE A UN VIDEO DONDE SE DEMUESTRE DICHO PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR ESTE PUNTO CON IMAGEN O ENLACE DE VIDEO SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
40	613221	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: 16314 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN. PUNTO 1.1.3.5	PARA CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR VÁLVULA DE SEGURIDAD DE LIMITE LA PRESIÓN EN VÍAS RESPIRATORIAS SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
41	613222	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO	1.- PARTIDA 1, ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. PUNTO: 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. CI. EXPERIENCIA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. C2. ESPECIALIDAD D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. D1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE LOS CONTRATOS SOLICITADOS DEBEN DE SER DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO DE HEMODINAMIA/ANGIOGRAFO. ¿ES CORRECTO?	
42	613223	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.- PUNTO: 3.1.2 INCISO D)	3.- PUNTO: 3.1.2 INCISO D) PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO-13485 QUE ES LA NORMA REFERIDA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD APPLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS A NOMBRE DEL FABRICANTE Y EL ISO 9001, QUE ES LA NORMA QUE CERTIFICA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE PROPORCIONA LA INFRAESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA AYUDAR A LAS ORGANIZACIONES A CONTROLAR Y MEJORAR SU RENDIMIENTO Y CONDUCIRLES HACIA LA EFICIENCIA, SERVICIO AL CLIENTE Y EXCELENCIA EN EL PRODUCTO A NOMBRE DEL LICITANTE ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
43	613827	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.7	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, EN ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR UN UPS PARA EL EQUIPO DE ANGIOGRAFIA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL FABRICANTE EN SUS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRO UPS DE 1KVA PARA EL POLÍGRAFO, YA QUE ESTE ÚLTIMO NO REQUIERE UNA UPS DE TANTA POTENCIA ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
44	613831	HEALTHCARE SYSTEMS DE	TÉCNICO	PARTIDA1 ANGIOGRAFO ARCO	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		MEXICO SA DE CV		MONOPLANAR PUNTO 2.2.2	CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DESPLIEGUE DE PRESIONES P1, P2, P3 Y P4 DONDE A CADA CANAL DE PRESIÓN SE SELECCIONA Y ESTABLECEN LOS LÍMITES DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y SIMULTANEA LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
45	613833	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.2.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PARÁMETROS DE MONITOREO 4 ENTRADAS DE PRESIÓN INVASIVA CON MANEJO DE FUNCIONES DESDE LA MESA DE RAYOS X, CON RANGOS DE MEDICIÓN DE -40 A 360 MM HG, LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA, INCLUSO UN RANGO MAYOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
46	613834	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 3.4	LA CONVOCANTE SOLICITA 10 FRASCOS DE 200 ML C/U DE 350 A 370 MG YODO/ML, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR 20 FRASCOS DE 100 ML DE 350 A 370 MG YODO/ML DE OSMOLARIDAD DE 0.49 OSMOLARIDAD /L, LO CUAL ES LA MISMA CANTIDAD DE MEDIO DE CONTRASTE QUE LO SOLICITADO, MEJOR DISTRIBUIDO YA QUE ASÍ SE EVITA EL DESPERDICIO POR PACIENTE, DADO QUE ESTA ES LA PRESENTACIÓN EN LA QUE EL PROVEEDOR DE MEDIO DE CONTRASTE LO TIENE Y NO AFECTA LA APLICACIÓN CLÍNICA NI VIABILIDAD DE LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
47	613835	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.7	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, EN ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR UN UPS PARA EL EQUIPO DE ANGIOGRAFIA DE 100 KVA, CONSIDERANDO QUE LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO EQUIPO LO PERMITE, ASEGURANDO EL	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					RESPALDO DE AL MENOS 10 MINUTOS, YA QUE ESTA POTENCIA ES LA QUE REQUIERE NUESTRO EQUIPO SEGÚN EL FABRICANTE Y DANDO UN TIEMPO DE RESPALDO SUPERIOR AL QUE SOLICITA LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?	
48	613836	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.3	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PANTALLA ANTIRRADIACIÓN MONTADA AL TECHO Y MAMPARA DE ACRÍLICO CON EQUIVALENCIA DE PLOMO, FÁCIL DE MANEJAR CON IMAGEN DE LA MISMA DONDE MUESTREN LAS RUEDAS QUE DEMUESTRAN QUE ES MÓVIL Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
49	613837	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.2.7	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DERIVACIÓN DE ECG, GANANCIA 100 LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
50	613838	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.2.3	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: REGISTRO DE DATOS FISIOLÓGICOS, DONDE SE PUEDEN CAMBIAR O ASIGNAR CANALES DE PRESIÓN ESPECÍFICA, RÓTULOS DE LAS CAVIDADES, LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
51	613934	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTOS 1.8.11 AL 1.8.11.9 Y 1.9.10 AL 1.9.	DEBEMOS ENTENDER, QUE PARA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS, BASTARÁ CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL FABRICANTE SOLICITADA EN DICHS NUMERALES. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
52	613935	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		CV		1.8.5	REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CAMBIO DE PIXEL Y AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL GRADO DE SUSTRACCIÓN CON LO CUAL SE CUMPLE LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	LICITANTES
53	613936	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.7.4	DADO QUE EN LAS INSTITUCIONES SE REQUIEREN VER AL MENOS IMAGEN EN VIVO Y DE REFERENCIA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE DEBAN OFERTA 2 MONITORES DE 19" LCD O TFT MONOCROMÁTICA O COLOR PARA QUE PUEDAN SERVIR DE BACK UP DEL MONITOR DE 55" O MAYOR ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
54	613937	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTOS 1.1 Y 1.2	EL EQUIPO DEBERA PERMITIR LA MAYOR VERSATILIDAD DE ESTUDIOS, DE ACUERDO A LAS APLICACIONES DIAGNOSTICAS Y DE TRATAMIENTO SOLICITADAS EN LA CEDULA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
55	613938	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.5.4	EL EQUIPO SERA UTILIZADO PARA PROCEDIMIENTOS CARDIOLÓGICOS, POR LO QUE A FUTURO SE REALIZARÁN ESTUDIOS AVANZADOS DE CARDIOLOGÍA, COMO VISUALIZACIÓN DEL ARBOL CORONARIO ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
56	613939	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.5.2	EL EQUIPO DEBE PERMITIR UN FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO PARA PROCEDIMIENTOS LARGOS Y UN GRAN NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN AL DIA, SIN TENER PAROS POR SOBRACALENTAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
57	613941	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.9	AUNADO A LA EVALUACIÓN DE IMÁGENES, REQUERIDA EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					IMÁGENES DENTRO DE LA SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
58	613943	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N°2 DEFIFRILADOR-MONITOR-MARPASOS	PUNTO 1.1.16.14.2.6.- SOLICITAN DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LOS CABLES DE PACIENTE A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON UN CABLE DE 4 PUNTAS PARA EL DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG A ELEGIR ENTRE 6 DERIVACIONES YA QUE NUESTRO EQUIPO ANALIZA EL ELECTROCARDIOGRAMA POR EL MÉTODO DEL CIRCULO CABRERA EL CUAL PUEDE REUNIR TODAS LA DERIVACIONES DEL PLANO FRONTAL (BIPOLARES Y MONOPOLARES) ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
59	613944	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 2 DEFIFRILADOR - MONITOR - MARPASOS	PUNTO 2.3.- SOLICITAN CABLE DE PACIENTE DE 5 PUNTAS, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CABLE DE PACIENTE DE 4 PUNTAS, ESTO SIN DEMERITAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
60	613954	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.8.4	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN COMO BRILLO, CONTRASTE, BORDES, INVERSIÓN DE VIDEO, AUMENTAR Y DESPLAZAR LA IMAGEN, INVERSIÓN DE VIDEO, DE PIXEL LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
61	613955	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTOS 1.8.7, 1.9.3, 1.9.6	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO : SOFTWARE CONCEBIDO PARA PROPORCIONAR UNA VISUALIZACIÓN 3D DE ALTA VELOCIDAD Y RESOLUCIÓN	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					DE LA ANATOMÍA DE LOS VASOS Y DE LOS HUESOS.CON FUNCIÓN DE HISTOGRAMA ,QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL NÚMERO DE APARICIONES DE UN VALOR DE GRIS EN EL VOLUMEN RECONSTRUIDO Y FUNCIÓN DE VENTANA DETERMINA EL VALOR DE OPACIDAD DE CADA VÓXEL DEL VOLUMEN SEGÚN EL VALOR GRIS DEL PÍXEL Y ADEMÁS DEMOSTRAR QUE SE ADQUIERE IMÁGENES VASCULARES Y 3D VASCULAR SIN HUESO ¿ SE ACEPTA?.	
62	613961	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.5.1	DICE: TUBO DE RAYOS X CON 2 O 3 PUNTOS FOCALES EN MM, UNO DE ELLOS DE 0.5 O MENOR Y DE 0.8 O MENOR Y EN CASO DE UN TERCER PUNTO 1.0 O MENOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TUBO DE RAYOS X CON PUNTOS FOCALES DE 0.5 MM +/- 0.1MM Y OTRO DE 0.8 +/- 0.2 MM, DICHO TUBO CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN ALARA ("AS LOW AS REASONABLY ARCHIVABLE" O "TAN BAJO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE"), EN CONCORDANCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA OIEA, CON ESTO OFERTANDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA REQUERIDA, DANDO UNA DOSIS EFECTIVA, LO CUAL NO AFECTA LA CALIDAD DE LA IMAGEN DURANTE EL ESTUDIO, YA QUE CONTAMOS CON PROCESAMIENTO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, AUMENTANDO LOS CONTORNOS Y EL BRILLO, REALZANDO LOS BORDES DEL CATÉTER DURANTE LA COLOCACIÓN DEL MISMO Y DISMINUYENDO EL RUIDO OCASIONADO POR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS. CON ESTO	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					OFERTANDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	
63	613962	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 2.2	DICE: SISTEMA DE POLIGRAFIA INTERFASADO AL EQUIPO DE LA MISMA MARCA DEL ANGIOGRAFO. PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE POLIGRAFÍA INTERFASADO DE DIFERENTE MARCA A LA UNIDAD PRINCIPAL, CONSIDERANDO QUE NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DURANTE EL PROCEDIMIENTO CON EL PACIENTE, ASEGURANDO SU COMPLETA COMPATIBILIDAD CON EL ANGIÓGRAFO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
64	614047	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PUNTO 3.1.1, INCISO I E INCISO VI	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE MENCIONAN DEBEN SER POR PARTE DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ PRESENTAR DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y DE ACUERDO A CADA PUNTO SOLICITADO.
65	614048	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PUNTO 3.1.1, INCISO I	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO, ÉSTE DEBERÁ SER EXPEDIDO POR LA COFEPRIS Y ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, EL PUNTO EN REFERENCIA SOLICITA: COPIA DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS O SU EQUIVALENTE, CONFORME A SU DOMICILIO: LICENCIA MUNICIPAL, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O AVISO DE FUNCIONAMIENTO, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR VIGENTES.
66	614049	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PUNTO 3.1.2, INCISO D	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE PRESENTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO NO SERÁ NECESARIO EL PRESENTAR "CERTIFICADO DE BUENAS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PRÁCTICAS" YA QUE ES UN CERTIFICADO PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
67	614050	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PUNTO 3.1.2, INCISO E, SUBINDICE I.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTE REQUISITO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE DEL EQUIPO OFERTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
68	614051	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PUNTO 17.	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SOLO APLICA PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA EN ESTE PUNTO, DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL NUMERAL 17 DE LA CONVOCATORIA, REFIERE A LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE, POR LO QUE DEBERA SER OBSERVADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, POR LO QUE DEBERA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION DESCRITA EN ESTE PUNTO.
69	614052	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 5	ENTENDEMOS QUE LOS INCISOS A, B, C, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y APLICATIVO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, MIENTRAS QUE EL INCISO "K" SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LO DESCRITO EN DICHO INCISO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EN EL NUMERAL 3.1.2 INCISO A) SE SOLICITA PRESENTAR DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLIMIENTO COMO MINIMO CON LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS 4 Y 5 DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE DEBERA PRESENTAR DICHS ANEXOS.
70	614053	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA, PUNTO 1.3.	DICE: 1.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ANEXO NÚMERO 2 (DOS) 3.2. PROPUESTA ECONÓMICA: ... ANEXO NÚMERO 2 (DOS) PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL ANEXO NÚMERO 2(DOS) SE DEBERÁ	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERA DE PRESENTAR EL ANEXO N° 2 PROPOSICION TECNICO-ECONOMICA, DEBIDAMENTE REQUISITADO, CON LOS PRECIOS, ADEMAS DEL



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO,-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PRESENTAR EN EL APARTADO TÉCNICO-ECONÓMICO DE NUESTRA PROPOSICIÓN, ADEMÁS DE ACOMPAÑAR A LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES REFERENCIADOS Y EN ESTE CASO NO DEBERÁN INCLUIRSE LOS PRECIOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	COMPLEMETO REQUERIMIENTO EN ARCHIVO EXCEL DEBIDAMENTE REQUISITADO. Y EN EL ANEXO NUMERO DOS DEL ANEXO TECNICO, DEBERA DE ACOMPAÑAR A LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES CONFORME AL NUMERAL 3.1.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA.
71	614054	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PUNTO 3.1.2, INCISO E, SUBINDICE III.	DICE: 3.1.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ... E) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES VIGENTES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. ... III EN EL CASO DE SER DISTRIBUIDOR SE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE: CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO, O MAYORISTA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN HOJA MEMBRETADA, ASÍ COMO COPIA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO IV DEL INCISO D DE LA PRESENTE SOLICITUD. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE TENGA CERTEZA DEL RESPALDO OTORGADO A LOS LICITANTES, ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE DOS O MÁS PARTICIPANTES PRESENTEN CARTA DE APOYO PARA LA MISMA MARCA SERÁN DESCALIFICADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO SU APRECIACIÓN
72	614055	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PUNTO 3.1.2, INCISO E, SUBINDICE III.	DICE: 3.1.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ... E) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES VIGENTES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. ... III EN EL CASO DE SER	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					DISTRIBUIDOR SE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE: CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO, O MAYORISTA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN HOJA MEMBRETADA, ASÍ COMO COPIA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO IV DEL INCISO D DE LA PRESENTE SOLICITUD. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTE REQUISITO, LA CARTA DE APOYO DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: REGISTRO SANITARIO VIGENTE, ISO 9001 O ISO 13485 O JIS O MDSAP, VIGENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
73	614056	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PUNTO 3.1.2, INCISO E, SUBINDICE V.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA CARTA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE NUMERAL, DEBERÁ SER EMITIDA POR EL LICITANTE Y FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
74	614057	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO N° 5, INCISO C)	DICE: ANEXO N° 5 C) CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 51, 52 Y 53 DEL RLAASSP. RUBRO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTOS RUBROS (C1. EXPERIENCIA Y C2. ESPECIALIDAD) SE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS REFERENTES A VENTA DE EQUIPO MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
75	614058	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO N° 5, INCISO C)	DICE: ANEXO N° 5 C) CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 51, 52 Y 53 DEL RLAASSP. RUBRO D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

Nº	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTOS RUBROS (C1. EXPERIENCIA Y C2. ESPECIALIDAD) SE PERMITA PRESENTAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS REFERENTES A VENTA DE EQUIPO MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	
76	614059	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE POR FAVOR NOS COMPARTA LOS PLANOS CON MEDIDAS EN FORMATO AUTOCAD.	LO SOLICITADO SERA PROPORCIONADO AL LICITANTE ADJUDICADO.
77	614060	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1	PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS A LA HORA DE PREPARAR NUESTRA OFERTA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR FAVOR INDIQUE HASTA DÓNDE LLEGARÍA LA PARTE ELÉCTRICA QUE NOS ENTREGARÁ PARA DE AHÍ REALIZAR EL CABLEADO. FAVOR DE ACLARAR.	SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONALES QUE SE REQUIEREN TALES COMO TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, AIRES ACONDICIONADO, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
78	614061	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE POR FAVOR ACLARE SI LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE CORRESPONDERÁ AL LICITANTE ADJUDICADO SERÁ ÚNICAMENTE DE: CUARTO DE CONTROL, SALA DE HEMODINAMIA Y CUARTO DE EQUIPOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONALES QUE SE REQUIEREN TALES COMO TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, AIRES ACONDICIONADO,



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
						CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
79	614062	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE POR FAVOR NOS INDIQUE EN DÓNDE SE UBICAN LOS DUCTOS DE AGUA FRÍA DEL HOSPITAL, QUE UTILIZAREMOS PARA CONECTAR LA MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO. FAVOR DE ACLARAR.	SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONALES QUE SE REQUIEREN TALES COMO TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, AIRES ACONDICIONADO, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
80	614063	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.2.3	DICE: ANGULACIÓN CRÁNEO CAUDAL (CC) +/- 45° O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR DE ACUERDO CON NUESTRA BIBLIOGRAFÍA, COMO CRA QUE HACE REFERENCIA A LA PROYECCIÓN CAUDO-CRANEAL Y COMO CAU QUE HACE REFERENCIA A LA PROYECCIÓN CRÁNEO-CAUDAL, SIN QUE ESTO AFECTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
81	614064	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.5.4	DICE: FLUOROSCOPIA PULSADA PARA CARDIOLOGÍA DE 30 PULSOS/SEGUNDO O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO FRECUENCIA DE PULSO: 30, 15, 10, 7.5, 6, 5, 3.75, 3, 2, 1 (PULSOS/SEGUNDO) PPS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, SIENDO SOLO UN TEMA DE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
82	614065	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.5.5	REFERENCIA. ¿SE ACEPTA? DICE: FLUOROSCOPIA PULSADA PARA VASCULAR DE 7.5 PULSOS/SEGUNDO O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO FRECUENCIA DE PULSO: 30, 15, 10, 7.5, 6, 5, 3, 7.5, 3, 2, 1 (PULSOS/SEGUNDO) PPS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, SIENDO SOLO UN TEMA DE REFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
83	614066	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 2	DICE: ACCESORIOS. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE AL SER ACCESORIOS ESTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LA UNIDAD PRINCIPAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
84	614067	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.2.4. PREGUNTA: POR LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR LITERALMENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "AJUSTE LA DISTANCIA DE FUENTE A IMAGEN DEL DETECTOR AL MÁXIMO", LO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
85	614068	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.5 PREGUNTA: YA QUE EN MERCADO ACTUALMENTE TODAS LAS COSAS COMERCIALES PUEDEN OFERTAR TUBOS DE ALTA POTENCIA Y CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LA DE 2018 CUANDO SE ELABORÓ ESTA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN TUBO CON	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					TECNOLOGÍA DE "GRID SWITCH", YA QUE ESTO MEJORA LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS DE RADIACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
86	614069	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.5.1 PREGUNTA: YA QUE EN MERCADO ACTUALMENTE TODAS LAS COSAS COMERCIALES PUEDEN OFERTAR TUBOS DE ALTA POTENCIA Y CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LA DE 2018 CUANDO SE ELABORÓ ESTA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN TUBO CON TECNOLOGÍA DE "GRID SWITCH", YA QUE ESTO MEJORA LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS DE RADIACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
87	614070	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.5.2 PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL TUBO DE RAYOS X, EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS Y DE LARGA DURACIÓN, COMO LOS QUE REALIZA EL SEGURO SOCIAL, EL CONTAR CON UN TUBO DE RAYOS X CON UNA MAYOR CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO EN EL ÁNODO ES MUY VALIOSO PUES INCREMENTA LA CALIDAD DE LA IMAGEN Y MEJORA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DURANTE EL PROCEDIMIENTO POR LO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO DE 5.0 MHU, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES Y QUE CUMPLA CON EL RESTO DEL PUNTO ASI COMO CON LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					QUE ENTENDEMOS QUE EL VALOR DE LA CAPACIDAD TÉRMICA DEL ÁNODO A OFERTAR DEBERÁ SER DE AL MENOS 5.0 MHU LO QUE NO LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA DE LAS EMPRESAS Y SI REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA PARA EL INSTITUTO, ¿ES CORRECTO?	
88	614071	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.7.1 PREGUNTA: DE ACUERDO CON LAS APLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y DE TRATAMIENTO SOLICITADAS EN LA CEDULA, ENTENDEMOS QUE SE REQUIEREN VER AL MENOS IMAGEN EN VIVO Y DE REFERENCIA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE DEBEN OFERTAR DOS PANTALLAS PLANAS DE 19" LCD O TFT MONOCROMÁTICA O COLOR PARA QUE PUEDAN SERVIR DE RESPALDO DEL MONITOR DE 56" ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
89	614072	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8.4 PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN COMO BRILLO, CONTRASTE, BORDES, INVERSIÓN DE VIDEO, AUMENTAR Y DESPLAZAR LA IMAGEN, INVERSIÓN DE VIDEO, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
90	614073	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8 PREGUNTA: ¿ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE TENER	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES, ROTACIÓN DE IMÁGENES 3D ADQUIRIDAS EN EL EQUIPO, VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN FLUOROSCOPICA, REALIZAR ZOOM DESDE EL TOUCH PANEL MONTADO EN LA MESA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
91	614074	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8.8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANÁLISIS LVA, QCA, QVA CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL, MEDICIÓN DE ESTENOSIS EN EL EQUIPO COMO EN EL MÓDULO DE PANTALLA TÁCTIL QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE EXAMINACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR FLUJO DE TRABAJO EN LA SALA DE HEMODINAMIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
92	614075	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8.9 PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE ADICIONAL A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.8.9 SE DEBERÁ OFERTAR UN MANDO DE VISUALIZACIÓN A DISTANCIA PORTÁTIL CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR LAS FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DESDE CUALQUIER LUGAR DE A SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
93	614076	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8.11 Y SUBPUNTOS 1.8.11.1 A 1.8.11.9	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	
94	614077	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.9.11 Y SUBPUNTOS 1.9.11.1 A 1.9.11.8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
95	614078	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 2.2.2 PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DESPLIEGUE DE PRESIONES P1, P2, P3 Y P4 DONDE A CADA CANAL DE PRESIÓN SE SELECCIONA Y ESTABLECEN LOS LÍMITES DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y SIMULTANEA LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
96	614079	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 2.2.7 PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DERIVACIÓN DE ECG, GANANCIA 100 LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	
97	614080	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 2.7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA UPS DE 100 KVAS CON 9 MINUTOS DE RESPALDO O MAYOR, YA QUE CON ESTA CAPACIDAD Y ESTE TIEMPO ES SUFICIENTE PARA PODER TERMINAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO CON SEGURIDAD PARA EL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
98	614081	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 2.1 PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTO FLUJO COMPATIBLE CON EL ANGIOGRAFO OFERTADO, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, INCLUYENDO EL REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
99	614082	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 3.3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES EQUIVALENTES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, INCLUYENDO REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
100	614083	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 3.4	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES EQUIVALENTES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, INCLUYENDO REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?	
101	614084	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR Y TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B)	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR Y TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B) DICE: EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ, DE 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO.... PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PARTIDA 1, A 120 DÍAS NATURALES, YA QUE LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN DE ESTOS EQUIPOS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE TODOS SUS COMPONENTES ES MUY PROLONGADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
102	614085	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR Y TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B)	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR Y TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B) DICE: EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERÁ REALIZAR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN, EN UN PERIODO MÁXIMO DE 60 DÍAS NATURALES.... PREGUNTA: DADO QUE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA EN DONDE SE SERÁ LOS BIENES QUE COMPRENDE LA PARTIDA 1, ESTA AUN EN PROGRESO, SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI EL	ES CORRECTO, TODAS LAS ADECUACIONES DEBERÁN SER REALIZADAS POR EL LICITANTE ADJUDICADO



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					BARITADO DE LA SALA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS CORRESPONDERÁ TAMBIÉN AL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR DE ACLARAR.	
103	614086	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVO	ANEXO NO. 5 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE C1. EXPERIENCIA Y C2 ESPECIALIDAD DICE: COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS(S) O PEDIDO(S) PRESENTADO(S), EN LOS QUE SE VERIFIQUE QUE EL LICITANTE HA SUMINISTRADO A CUALQUIER DEPENDENCIA Y/O INSTITUCIÓN Y/O PARTICULAR, BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, QUE CORRESPONDAN AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2016 AL 2023 PREGUNTA: AL REFERIRSE A BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN PRESENTAR CONTRATOS QUE AMPAREN LA VENTA DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA COMO ANGIÓGRAFOS, TOMOGRAFOS, SALAS DE 500 MA, MASTOGRAFOS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
104	614087	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 D) LICENCIAS..	ANEXO NO. 5 D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCISO VIII.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					DICE: COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO CERTIFICACIONES IOS 9001:2016 Y ISO 13485:2016 PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBERÁN PRESENTAR LOS DOS CERTIFICADOS YA QUE EN NUMERAL 3.1.2 DE LAS BASES INCISO D) CALIDAD, MENCIONAN QUE PODRÁ SER ALGUNO DE LOS DOS. CABE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE LOS FABRICANTES DE EQUIPO MÉDICO ÚNICAMENTE SE CERTIFICAN A TRAVÉS DEL ISO 13485 QUE ES ESPECÍFICO PARA LA FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO. FAVOR DE ACLARAR	
105	614270	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO CONSTITUYE MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL UTILIZAR TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LO SOLICITADO Y SE TRATE ÚNICAMENTE DE CUESTIONES DE NOMENCLATURA. SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PODRÁ UTILIZAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO LA REFERENCIA CONSTATE QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO Y SEA CORROBORADO EL DATO REFERENCIADO.
106	614271	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO REFERENCIAR TEXTUALMENTE DENTRO DE NUESTROS MANUALES, FOLLETOS O CATALOGOS EL PUNTO SOLICITADO, DADO QUE PODEMOS HACER LA REFERENCIA DE DICHO REQUISITO MEDIANTE UNA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL BIEN OFERTADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTA DESCRIPCIÓN CUMPLA CON LO SOLICITADO. SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-CYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-CYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					CONCURRENCIA DE LA PROVEDURÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
107	614272	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE FORMA TÉCNICA Y CLÍNICA, POR QUE REFERENCIAR CON UNA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE NUESTRA TECNOLOGÍA NO ES SUFICIENTE, DADO QUE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASÍ COMO LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, ESTABLECE DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA, GARANTIZANDO QUE DICHOS PROCEDIMIENTOS SE REALICEN EN UN MARCO DE COMPETENCIA JUSTA Y TRANSPARENTE.	ACLARADO EN LA PREGUNTA ANTERIOR
108	614273	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.1	ENTENDEMOS QUE LAS NECESIDADES DE UN ANGIOGRAFO PARA SEGÚN NIVEL REQUIEREN DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y DE TRATAMIENTO DE TIPO VASCULAR, NO VASCULAR, CARDIOVASCULAR, NEUROVASCULAR, QUIRÚRGICO Y QUIRÚRGICO MÍNIMAMENTE INVASIVO POR LO QUE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES EL SOPORTE DESEADO EN EL HOSPITAL PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO DE ESTE.	FAVOR DE APEGARSE A LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
109	614274	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL),	SABEMOS QUE EL MOVIMIENTO AXIAL DEL DETECTOR HACE REFERENCIA AL MOVIMIENTO	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PUNTO 1.2.4.	DE ALEJAMIENTO Y ACERCAMIENTO AL PACIENTE POR LO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: LOS DETECTORES PLANOS ESTÁN DOTADOS DE TECLAS DE MEMBRANA PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-IMAGEN (DFI), DESDE EL FOCO DE LA FUENTE DE RAYOS X AL PLANO RECEPTOR DE IMAGEN DEL FD QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
110	614275	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL PUNTO FOCAL Y EL DETECTOR APROX. 90 CM - 120 CM LO CUAL NO REPRESENTA NINGUNA LIMITACIÓN EN LAS APLICACIONES CLÍNICAS O TÉCNICAS PARA LAS QUE SE ENCUENTRA DESTINADO EL EQUIPO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
111	614276	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.3.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR PROTECCIÓN PARA EVITAR COLISIONES , COMO SISTEMA ANTICOLISIÓN TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
112	614277	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.4.2.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR VOLTAJE, COMO VOLTAJE DEL TUBO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	
113	614278	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.4.3. .	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CORRIENTE DEL GENERADOR SELECCIONABLE DE 10 MA O MENOR A 1,000 MA O MAYOR, COMO CORRIENTE DEL TUBO 15 MA A 1000 MA EN PASOS DE 0.01 MA, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
114	614279	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.2.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO , COMO CONTENIDO MÁXIMO DE CALOR DEL ÁNODO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
115	614280	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.2.	DADO QUE EL SISTEMA ANGIOGRÁFICO SOLICITADO ES PARA INSTANCIAS DE SEGUNDO NIVEL, SABEMOS LA IMPORTANCIA DE OBTENER UN SERVICIO ININTERRUMPIDO DE ESTUDIOS PARA LA POBLACIÓN POR LO QUE EL RENDIMIENTO DEL TUBO ES FUNDAMENTAL, POR LO CUAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL SISTEMA ANGIOGRÁFICO OFERTADO CUENTE CON UNA CAPACIDAD TÉRMICA DE	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO DE 5 MHU O MAYOR ASÍ COMO DE POTENTES PULSOS CORTOS GENERADOS EN PEQUEÑOS PUNTOS FOCALES, PERMITIENDO ASÍ UNA VISUALIZACIÓN CLARA DE PEQUEÑOS DISPOSITIVOS Y VASOS EN SITUACIONES DESAFIANTES, OBTENIENDO DE ESTA COMBINACIÓN UNA MENOR GENERACIÓN DE CALOR EN EL TUBO EVITANDO EL SOBRECALENTAMIENTO Y AUMENTANDO UN MEJOR FLUJO DE TRABAJO EN EL INSTITUTO ¿SE ACEPTA?	
116	614281	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.4.	DEBIDO A QUE EL EQUIPO PERMITE FLUOROSCOPIA PULSADA HASTA 30 PULSOS POR SEGUNDO (P/S) EN CUALQUIER REGIÓN ANATOMICA INCLUYENDO CARDIOLOGÍA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA, CON 7.5, 10, 15, 30 PULSOS POR SEGUNDO (P/S), DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
117	614282	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.5	DEBIDO A QUE EL EQUIPO PERMITE FLUOROSCOPIA PULSADA HASTA 7.5 PULSOS POR SEGUNDO (P/S) EN CUALQUIER REGIÓN ANATOMICA INCLUYENDO VASCULAR, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA, CON 7.5, 10, 15, 30 PULSOS POR SEGUNDO (P/S) Y TASAS DE PULSO DE FLUOROSCOPIA ADICIONALES DE 0.5, 1, 2, 3, 4, 6 P/S, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
118	614283	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.3.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO TRANSVERSAL O LATERAL, COMO RECORRIDO TRANSVERSAL MANUAL	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	
119	614284	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.4.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ALTURA DE LA MESA 77.5 CM A 110 CM, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
120	614285	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.6.	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR RANGO DE PIVOTEO SOBRE EL EJE DE LA COLUMNA CENTRAL DE COMO ROTACIÓN DE LA MESA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
121	614286	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.7.1.4.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR LUMINOSIDAD TÍPICA DE 500 CD/M2 COMO LUMINANCIA MÁXIMA 700 CD/M2 O MAYOR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
122	614287	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.3.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					CINE Y MODO MÁSCARA , COMO CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO BUCLE Y MODO MÁSCARA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	
123	614288	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.3.	DADO EL CONTEXTO DE CINE COMO LA REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES SIMULANDO UNA PELÍCULA. ENTENDEMOS QUE PODEMOS REFERENCIAR MODO CINE COMO EL PODER REPRODUCIR ESCENAS CON LA MISMA FRECUENCIA DE IMAGEN CON LA QUE SE ADQUIRIERON, O BIEN REDUCIR O ACELERAR LA REPRODUCCIÓN DE ESCENAS, DEPENDIENDO DE LA FRECUENCIA DE IMAGEN DE ADQUISICIÓN Y DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA YA QUE ESTO DARÍA LA IMPRESIÓN DE TENER UNA PELÍCULA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PODRÁ UTILIZAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO LA REFERENCIA CONSTATE QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO Y SEA CORROBORADO EL DATO REFERENCIADO.
124	614289	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.5.	DEBIDO AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE, LAS IMÁGENES DSA A MENUDO MUESTRAN ARTEFACTOS DE REGISTRO INCORRECTO QUE PUEDEN DIFICULTAR EL DIAGNÓSTICO ADECUADO, UNA TÉCNICA PARA LA CORRECCIÓN DE DICHO MOVIMIENTO ES EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES, POR LO TANTO ENTENDEMOS QUE OFERTAR DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO COMO SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
125	614290	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL),	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO:	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PUNTO 1.8.5.	DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO. DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DSA, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CÍCLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA?	
126	614291	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.6.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROAD-MAPPING , COMO ROADMAP TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
127	614292	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.7.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR REMOCIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
128	614293	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.11.	ENTENDEMOS QUE PARA LOS PUNTOS 1.8.11 AL 1.8.11.9 SERA POSIBLE REFERENCIARLOS CON EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO ASÍ COMO CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE , PERMITIENDO DEMOSTAR ASÍ QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO ¿ ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
129	614294	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.3.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR PROGRAMA PARA SUPRESIÓN DE HUESO EN 3D, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO EN 3D TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
130	614295	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.4.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR SUPERPOSICIÓN DEL MODELO 3D EN LA FLUOROSCOPIA EN TIEMPO REAL COMO SOFTWARE QUE PERMITE FUSIONAR VOLÚMENES 3D DE OTRAS MODALIDADES DE IMAGEN PARA LA GUÍA DE IMAGEN EN VIVO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA YA QUE REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA, SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
131	614296	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.6.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR REMOCIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
132	614297	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.7.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROAD-MAPPING , COMO ROADMAP TODA VEZ QUE EN EL	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

Nº	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	
133	614298	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.10.	ENTENDEMOS QUE PARA LOS PUNTOS 1.9.10 AL 1.9.10.8 SERA POSIBLE REFERENCIARLOS CON EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO ASÍ COMO CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE , PERMITIENDO DEMOSTAR ASÍ QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
134	614299	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.2.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR NUESTRO POLÍGRAFO QUE CUENTA CON SENSIBILIDAD DE: 1, 2, 5, 12,5,10,20, 50 Y 100 CM POR MV, LO CUAL NO AFECTA NINGUNA APLICACIÓN CLÍNICA Y ES UN RANGO DE MEDICIÓN MÁS AMPLIO DE LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
135	614300	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.1	ENTENDEMOS QUE PARA LA TERMINOLOGÍA INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO SE PUEDE REFERENCIAR COMO INYECCIÓN AUTOMÁTICA, AJUSTE EL INYECTOR A ARMADO HE INYECCIÓN MANUAL ANULE LA SELECCIÓN DE LA SINCRONIZACIÓN, DANDO A ENTENDER QUE EL MODO AUTOMÁTICO ES LA SINCRONIZACIÓN DEL INYECTOR AL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
136	614301	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.1	ENTENDEMOS QUE PARA LA TERMINOLOGÍA INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO SE PUEDE HACER REFERENCIA A QUE LA INYECCIÓN SE INICIARÁ DE	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					FORMA AUTOMÁTICA CON DETERMINADOS PROTOCOLOS DE ADQUISICIÓN Y EL INYECTOR CONTROLA EL INICIO DE LAS EXPOSICIONES CON CONTRASTE, QUE COMIENZAN TRAS CUMPLIRSE EL TIEMPO DE RETARDO DE LOS RAYOS X. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
137	614302	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.1	EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON SINCRONIZADO O INTERFASADO AL EQUIPO.	ACLARADO EN LA PREGUNTA ANTERIOR
138	614303	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.1	ENTENDEMOS QUE PARA LA TERMINOLOGÍA INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO, SE DEBE DE DEMOSTRAR A TRAVÉS DE MANUALES QUE EL INYECTOR OFERTADO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
139	614304	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.7	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR UN EQUIPO ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 150 KVA CON 30 MINUTOS DE RESPALDO Y FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA MAYOR O IGUAL DE 0.99 A PLENA CARGA EL CUAL SOPORTA EL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA Y EL POLIGRAFO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
140	614305	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	ENTENDEMOS QUE LA SALA DE EXPLORACIÓN, CUARTO DE MÁQUINAS Y CUARTO DE CONTROL PARA EL ANGIOGRAFO SERÁN ENTREGADOS EN OBRA NEGRA (LOSAS, MUROS Y PISOS TERMINADOS), CORRESPONDIENDO AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LAS PREINSTALACIONES CORRESPONDIENTES A SU TECNOLOGÍA, ASÍ COMO	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS





LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					DOTAR DE ACABADOS, AIRE ACONDICIONADO Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA A ESTAS ÁREAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ADICIONALES QUE SE REQUIEREN TALES COMO TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, AIRES ACONDICIONADO, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
141	614306	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	ENTENDEMOS QUE DERIVADO A QUE LA SALA DE EXPLORACIÓN, CUARTO DE MÁQUINAS Y CUARTO DE CONTROL PARA EL ANGIOGRAFO SERÁN ENTREGADOS EN OBRA NEGRA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EL TIEMPO DE ENTREGA (60 DÍAS NATURALES AL MOMENTO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES) COMENZARÁ A CORRER A PARTIR DE QUE SE LIBEREN DICHAS ÁREAS EN MUTUO ACUERDO ENTRE EL INSTITUTO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONALES QUE SE REQUIEREN TALES COMO TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, AIRES ACONDICIONADO, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
142	614307	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	ENTENDEMOS QUE, PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, ¿CUALQUIERA QUE SEA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR COMO MÍNIMO: TRANSFORMADOR ELÉCTRICO (TIPO PEDESTAL DE 13200V A 480V); TODO EL CABLEADO DE LA LÍNEA, DESDE SUBESTACIÓN Y HASTA EL BREAKER DE ENTRADA EN CUARTO DE MÁQUINAS. TIERRA FÍSICA DEDICADA PARA EL EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONALES QUE SE REQUIEREN TALES COMO TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, AIRES ACONDICIONADO, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
143	614308	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	ENTENDEMOS QUE, PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, ¿CUALQUIERA QUE SEA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL O MEJOR TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONALES QUE SE REQUIEREN TALES COMO TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, AIRES ACONDICIONADO, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
144	614309	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA	RUBRO C. ENTENDEMOS QUE LA CANTIDAD SOLICITADA DE CONTRATOS EN EL RUBRO C, SERÁN EVALUADOS Y ACEPTABLES PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE MI REPRESENTADA, LO ANTERIOR TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS CONTRATOS ADJUNTADOS SERÁN DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA APLICABLE EN CADA PARTIDA, Y QUE DE ESTE MODO SE FACILITARÁ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERA DE PRESENTAR CONTRATOS DE ACUERDO AL EQUIPO DE MAYOR NIVEL TECNOLÓGICO QUE OFERTE, DE ACUERDO A CONVOCATORIA.
145	614310	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA	RUBRO D. ENTENDEMOS QUE LA CANTIDAD SOLICITADA DE CONTRATOS EN EL RUBRO D, SERÁN EVALUADOS Y ACEPTABLES PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE MI REPRESENTADA, LO ANTERIOR TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS CONTRATOS ADJUNTADOS SERÁN DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA APLICABLE EN CADA PARTIDA, Y QUE DE ESTE	DEBERA DE PRESENTAR CONTRATOS DE ACUERDO AL EQUIPO DE MAYOR NIVEL TECNOLÓGICO QUE OFERTE, DE ACUERDO A CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					MODO SE FACILITARÁ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
146	614311	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA	RUBRO C Y RUBRO D. ENTENDEMOS QUE LA CANTIDAD SOLICITADA DE CONTRATOS EN EL RUBRO C Y D, SERÁN EVALUADOS Y ACEPTABLES PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE MI REPRESENTADA, LO ANTERIOR TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS CONTRATOS DE VENTA DE EQUIPOS QUE SEAN PERTENECIENTES AL ÁREA DE RADIOLOGIA E IMAGEN APLICABLES EN CADA PARTIDA, Y QUE DE ESTE MODO SE FACILITARÁ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERA DE PRESENTAR CONTRATOS DE ACUERDO AL EQUIPO DE MAYOR NIVEL TECNOLÓGICO QUE OFERTE, DE ACUERDO A CONVOCATORIA.
147	614313	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.1. SOPORTE CON ARCO...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAS ESTE PUNTO CON UNA IMAGEN EN NUESTRO HOJA DE DATOS TECNICOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
148	614334	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.5.3.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: GRAN ÁNODO DE 160 MM DE DIÁMETRO QUE PERMITE EXPOSICIONES DE ALTA ENERGÍA. DICHA CARACTERISTICA ES UNA TECNOLOGIA SIMILAR A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
149	614335	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.5.4. FLUOROSCOPIA PULSADA ...	NUESTRO EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA PERMITE REALIZAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 30 PULSOS POR SEGUNDO SIN HACER REFERENCIA A ALGUNA REGIÓN ANATÓMICA ESPECIFICA, LO CUAL NOS PERMITE PODER UTILIZAR ESTA FUNCION EN CUALQUIER REGION ANATOMICA, INCLUYENDO CARDIOLOGÍA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: FLUOROSCOPIA	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					ESTACION DE TRABAJO PARA QUE EL USUARIO PUEDE SELECCIONAR LAS SECUENCIAS IDEALES QUE SE GRABARÁN EN DVD O CD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO COMO: GRABAR IMÁGENES EN CD/DVD DICOM CD/DVD/USB CREACIÓN TOOL ¿SE ACEPTA?	
155	614341	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.9.10. INTERFASE..	DEBIDO A LA TERMINOLOGÍA DENTRO DE NUESTRA LITERATURA Y EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO : SALIDA DE IMAGEN DICOM EN ETHERNET DE 100 MBIT CON ENVÍO AUTOMÁTICO Y TRANSFERENCIA EN SEGUNDO PLANO PARA UNA TRANSMISIÓN RÁPIDA CON UNA INTERACCIÓN MÍNIMA DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
156	614342	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.1. CUATRO ENTRADAS DE PRESIÓN...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: PRESIÓN INVASIVA: 4 CANALES CON MEDIOS. PRESIÓN NO INVASIVA: MODOS AUTOMÁTICO Y MANUAL (OSCILOMÉTRICA). PARÁMETROS DE 10 A 400 MMHG CONSIDERANDO QUE ESTA ES UN MAYOR RANGO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
157	614343	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.2. MEDICIÓN Y DESPLIEGUE...	EL ESTADO HEMODINÁMICO DEL PACIENTE INCLUYE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA SIMULTANEA ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE LAS DIFERENTES EDICIONES. NUESTRO SISTEMA DE POLIGRAFIA CUMPLE LA ESPECIFICACION POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PULSADA CON UNA OPCIÓN DE CADENA DE IMÁGENES: 30 FPS (30 PULSOS POR SEGUNDO) ¿SE ACEPTA?	
150	614336	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.5.5. FLUOROSCOPIA PULSADA ...	NUESTRO EQUIPO PERMITE REALIZAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 7.5 PULSOS POR SEGUNDO SIN HACER REFERENCIA A ALGUNA REGIÓN ANATÓMICA ESPECIFICA, LO CUAL NOS PERMITE PODER UTILIZAR ESTA FUNCION EN CUALQUIER REGION ANATOMICA, INCLUYENDO VASCULAR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: FLUOROSCOPIA PULSADA CON UNA OPCIÓN DE CADENA DE IMÁGENES: 7.5 FPS (7.5 PULSOS POR SEGUNDO) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
151	614337	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.4. CON REALCE DE BORDES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA INVERSIÓN NEGATIVA / POSITIVA CON UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
152	614338	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.4. CON REALCE DE BORDES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA INVERSIÓN NEGATIVA / POSITIVA CON UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
153	614339	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.8. CON ANÁLISIS LVA, QCA, QVA...	DEBIDO A LA NOMENCLATURA QUE EXISTE EN NUESTRA LITERATURA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ANÁLISIS DE ESTENOSIS, ANÁLISIS VENTRICULAR CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA EN EL ANGIOGRAFO Y ESTACIÓN DE TRABAJO. EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA DEBIENDO SER CORROBORADO EN SUS CATALOGOS, MANUALES,ETC , SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
154	614340	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 1.8.12. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO...	EN LA PRACTICA LAS IMAGENES O ESTUDIOS SE ALMACENAN DIRECTAMENTE EN EL DISCO DURO DEL EQUIPO ANGIOGRAFO Y SON ENVIADOS AUTOMATICAMENTE A LA	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					NUESTRA SOLICITUD?	
162	614348	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 INCISO I)	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO ES ACEPTABLE LA PRESENTACIÓN DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO EMITIDO POR COFEPRIS	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA ESTE PUNTO DEBERA DE PRESENTAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O AVISO DE FUNCIONAMIENTO, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR VICENTES.
163	614349	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 INCISO I)	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, FAVOR DE ACLARAR SI EL DOCUMENTO QUE HACE ALUSIÓN ES EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL EXPEDIDO POR AUTORIDAD MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDIA.	ES CORRECTA SU APRECIACION.
164	614350	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	3.1.2 INCISO E), NUMERAL III.	MI REPRESENTADA ES FILIAL DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS A OFERTAR, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CARTA DE APOYO SOLICITADA SEA EN HOJA MEMBRETADA POR NUESTRA EMPRESA Y FIRMADA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO ANEXE CARTA O DOCUMENTO COMPROBATORIO DE QUE SU EMPRESA ES FILIAL DEL FABRICANTE O CARTA DE DISTRIBUCIÓN. SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
165	614351	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	3.1.2. INCISO F)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DEBIDAMENTE REFERENCIADAS Y QUE HAGAN ALUSIÓN A LOS ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES DEL LISTADO DE INSUMOS PARA SALUD CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO... PUBLICADO EN EL D.O.F EL 22 DE DICIEMBRE DE 2024, CON EL FIN DE FACILITAR LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN A ESTE INSTITUTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
166	614352	GE SISTEMAS	TÉCNICO	3.1.2. INCISO A)	PARA CUMPLIR CON LO	LOS LICITANTES DEBEN



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					PUNTO COMO: PANTALLA DE MEDICIÓN DE CATH: VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ESTADO HEMODINÁMICO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
158	614344	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.3. EDICIÓN DE ETIQUETAS...	DEBIDO A LA NOMENCLATURA QUE CONTIENE NUESTRA LITERATURA Y EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR UTILIZANDO LAS NOMENCLATURAS EQUIVALENTES PROPIAS: PAO = AO, PVI = PCP, PAP=AM, WDG = CVM, PAD =AD, PVD = VP, PAI = AL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO.
159	614345	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 2.2.7. SELECCIÓN DE GANANCIA...	EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LA ESPECIFICACION. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: GANANCIA DE LA SEÑAL LA GANANCIA DE LA SEÑAL AUMENTA LA AMPLITUD DE LA SEÑAL DE ECG. PARA CAMBIAR SEÑAL DE ECG: 1. RESALTE LA SEÑAL QUE DESEA CAMBIAR. 2. OPRIMA LAS TECLAS DE DIRECCIÓN ARRIBA O ABAJO DE GAN. EN EL TECLADO. ADICIONALMENTE INCLUIR UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
160	614346	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE SAI :531.055.0024.03.01 DESCRIPCIÓN: 3.4. MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO...	LA PRESENTACIÓN DE NUESTRO MEDIO DE CONTRASTE DE BAJA OSMOLARIDAD ES DE 100 ML, POR LO QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 20 FRASCOS DE 100ML CADA UNO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
161	614347	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1.1 INCISOS D), E), F) O G);	EN CASO DE QUE NO NOS APLIQUE ALGÚN INCISO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SUS ANEXOS CON LA LEYENDA DE NO APLICA. ¿SE ACEPTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA, REFERENTE AL NUMERAL 3.1.1 INCISOS D), E), F) Y G), DE LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		MEDICOS DE MEXICO SA DE CV			SOLICITADO EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE PRESENTARÁ EL ANEXO 9 DENOMINADO DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS DEL ANEXO NO. 4 ANEXO TÉCNICO DEBIDAMENTE LLENADO CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE O EL ANEXO 3 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO. FAVOR DE ACLARAR	PRESENTAR EL ANEXO 3 (TRES) CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO EN SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REFERENCIADO.
167	614353	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.3 PERSONA MORAL NUMERAL 2	DICE: "2. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, (CON SU RESPECTIVO FOLIO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO) DE ACUERDO CON EL CODIGO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LOS PODERES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACION NO ES OBLIGATORIO LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ LA PROPUESTA SIN QUE SE ENCUENTRE INSCRITO EN TAL REGISTRO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS LICITANTES.
168	614354	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5, 5.1 Y 5.2	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIONES DE CUMPLIMIENTO SAT, IMSS E INFONAVIT POSITIVAS Y VIGENTES CON FECHA DE EMISIÓN DE POR LO MENOS 10 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN EMBARGO LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERAN DE PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO SAT, IMSS Y LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DEL INFONAVIT VIGENTES Y POSITIVAS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO RESPECTIVO.
169	614355	GE SISTEMAS	LEGAL -	18. INFORMACIÓN	ES CORRECTO ENTENDER	ES CORRECTA SU



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ADMINISTRATIVA	RESERVADA Y CONFIDENCIAL	QUE SE PODRÁ REQUISITAR E INTEGRAR A LA PROPUESTA EL ANEXO NUMERO 15 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL . FAVOR DE CONFIRMAR	APRECIACION.
170	614356	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR, TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO B)	POR CUESTIONES DE FABRICACIÓN, IMPLICACIONES LOGÍSTICAS Y DE IMPORTACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE LA ENTREGA DEL EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SEA DE MÁXIMO DE 90 O 120 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE AL ACTA DE FALLO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
171	614357	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	1.1 y PARTIDA 1	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE MANERA POSTERIOR A LA FECHA SEÑALADA EN LAS BASES O BIEN NOS PERMITA MOSTRAR LA CONSTANCIA DE VISITA DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR012-T-61-2024, EN DONDE YA TENEMOS CONSIDERADOS LOS ESPACIOS FÍSICOS Y LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE ESTAREMOS OFERTANDO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LO SOLICITADO. LOS LICITANTES DEBEN ATENDER LAS PRECISIONES REALIZADAS EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
172	614358	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO K), III. PLAZO Y CONDICIONES DE CANJE...	SE ENTIENDE QUE LAS FALLAS A CONSIDERAR PARA EL CALCULO DE LA AFECTACIÓN EN UN 30% O MÁS DE LA ATENCIÓN DE LA DERECHOHABIENCIA, PREVIA RECISIÓN DE CONTRATO, SERÁN AQUELLAS FALLAS PROPIAS DEL EQUIPO QUE TENGAN EL MISMO ORIGEN Y QUE LO DEJEN FUERA DE SERVICIO, EXCLUYENDO LAS FALLAS POR CONSUMIBLES O ACCESORIOS, REPARACIONES Y AJUSTES NECESARIOS DEBIDOS A DAÑOS POR USO	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					INCORRECTO, ERRORES DE OPERACIÓN, MALAS CONDICIONES AMBIENTALES, FALLAS ELÉCTRICAS, ENTRE OTROS FACTORES EXTERNOS AJENOS AL EQUIPO.	
173	614359	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO J) EN SU CASO, MECANISMOS REQUERIDOS...	'SE ENTIENDE QUE PARA PROCEDER AL REEMPLAZO O CANJE DE LOS BIENES LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON UN DICTÁMEN TÉCNICO INDICANDO QUE EL BIEN NO TIENE REPARACIÓN; EXCLUYENDO FALLAS POR CONSUMIBLES O ACCESORIOS, REPARACIONES Y AJUSTES NECESARIOS DEBIDOS A DAÑOS POR USO INCORRECTO, ERRORES DE OPERACIÓN, MALAS CONDICIONES AMBIENTALES, FALLAS ELÉCTRICAS, ENTRE OTROS FACTORES EXTERNOS AJENOS AL EQUIPO.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
174	614360	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES J) EN SU CASO, MECANISMOS REQUERIDOS...	SE ACEPTA QUE EN EL SUPUESTO DE REEMPLAZO DEL BIEN, ESTE SE REALICE ACORDE A LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS POR LA FABRICACIÓN Y LÓGISTICA DE ENTREGA DEL BIEN.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

SE INFORMA ENTONCES QUE, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL **ARTICULO 46 FRACCIÓN II**, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE DIO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES DE MANERA ELECTRÓNICA OTORGANDO UN PLAZO DE **DIEZ (10) HORAS, 30 MINUTOS**, PARA QUE A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET, SE DA OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES DE QUE REALICEN PREGUNTAS SOLO EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE **SUSPENDE LA SESION** SIENDO LAS **21:30 HORAS**, DEL **25 DE JULIO DE 2024**, PARA REANUDARSE EL **26 DE JULIO DE 2024 A LAS 08:00 HORAS**.-----

CIERRE DEL ACTA

SIENDO LAS **08:00 HORAS** DEL DÍA **26 DE JULIO DE 2024**, Y HABIENDOSE CUMPLIDO EL TIEMPO ESTABLECIDO COMO LIMITE DESDE QUE SE PUBLICARON LAS RESPUESTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN COMPRANET Y QUE SE MANIFESTO EN LA APERTURA DE ESTE EVENTO, CONFORME LO ESTABLECE EL **ARTICULO 46 FRACCION II** DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, **SE REANUDA EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, INFORMANDO QUE **SE RECIBIERON VEINTE (20) PREGUNTAS** EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE, COMO SE MUESTRA EN LA PANTALLA DEL SISTEMA COMPRANET QUE SE PLASMA A CONTINUACIÓN:-----



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

TERMINOS Y CONDICIONES, FAVOR DE ACLARAR.			
17	MEDIXSA SA DE CV	MODIFICACION NO. 9 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	INCISO Q CONFORME A LAS RESPUESTAS OTORGADAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA CONVOCANTE SI SERA POSIBLE PRESENTAR LA OPINION DEL IMSS CON FECHA DE HASTA TRES DIAS ANTERIORES A LA PRESENTACION DE OFERTAS. FAVOR DE ACLARAR.
18	MEDIXSA SA DE CV	MODIFICACION NO. 10 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERA NECESARIO REALIZAR NUEVAMENTE LA VISITA A LA UNIDAD MEDICA ESTE PRIMERO DE AGOSTO, EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS AL CAMBIAR ESTE REQUISITO DE OPCIONAL A OBLIGATORIO. FAVOR DE ACLARAR.
19	MEDIXSA SA DE CV	RESPUESTA ID 611243 A GRUPO EMPRESARIAL TECNICA SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL PLAZO SOLICITADO YA QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE LAS OBRAS ESTEN EN PROCESO Y QUE LOS TIEMPOS DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS PRINCIPALMENTE EL REFERIDO AL EQUIPO DE LA PARTIDA 1 ES DE IMPORTACION Y LOS TIEMPOS DE FABRICACION Y TRASLADO SON PROLONGADOS. ADEMAS QUE SE TENDRAN QUE HACER ADECUACIONES AL AREA ¿SE ACEPTA UN PLAZO DE ENTREGA DE 120 DIAS NATURALES?
20	MEDIXSA SA DE CV	RESPUESTA ID 614084 A MEDIXSA, SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL PLAZO SOLICITADO YA QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE LAS OBRAS ESTEN EN PROCESO Y QUE LOS TIEMPOS DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS PRINCIPALMENTE EL REFERIDO AL EQUIPO DE LA PARTIDA 1 ES DE IMPORTACION Y LOS TIEMPOS DE FABRICACION Y TRASLADO SON PROLONGADOS. ADEMAS QUE SE TENDRAN QUE HACER ADECUACIONES AL AREA ¿SE ACEPTA UN PLAZO DE ENTREGA DE 120 DIAS NATURALES?

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTICULO **46 FRACCION II Y IV** DE SU REGLAMENTO, SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS EN RELACION A LAS RESPUESTA REMITIDAS POR LA CONVOCANTE, CONFORME SE ESTIPULA EN EL ARTICULO **46 FRACCION IV**, DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: -----

PREGUNTAS EN RELACION A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE

N°	ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
1	54077	AUG SA DE CV	MODIFICACION N° 4, 5 Y 6	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA MORAL, DEBERÁ PRESENTAR RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE; NO DESEMPEÑA	RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD Y QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DE DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, DEBERA DE PRESENTAR EL ANEXO 20 CADA SOCIO COMO PERSONA FISICA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
				EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZARA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EN SU CASO PRESENTAR ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE), Y SOLO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN ESTE SUPUESTO DEBERAN PRESENTAR UNICAMENTE EL ANEXO 6 EL LICITANTE.
2	54078	AUG SA DE CV	MODIFICACION N° 7	DICE: EN CASO DE CONTAR CON INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, DEBERÁ DE PRESENTAR LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.1.1 INCISO J) Y ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE). PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO CUENTE CON INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NO SERÁ NECESARIO INCLUIR EN SU PROPUESTA EL ANEXO NÚMERO 20 Y ESTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN ESTE SUPUESTO DEBERAN PRESENTAR UNICAMENTE EL ANEXO 6 EL LICITANTE.
3	54079	AUG SA DE CV	MODIFICACION N° 9	DICE: Q) CUANTO NO PRESENTE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO LEGIBLES, POSITIVAS Y VIGENTES, SAT, IMSS E INFONAVIT SU PROPUESTA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EN EL CASO DE LA OPINIPON DEL IMSS, POSITIVA CON FECHA DE EMISIÓN DE 3 DÍAS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.
4	54080	AUG SA DE CV	MODIFICACION N° 11	DEBEMOS ENTENDER QUE EL LOS CERTIFICADOS AQUÍ SOLICITADOS SON DE LOS EQUIPOS QUE SE VAN A OFERTAR, EN CASO DE APLICAR, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
5	54081	AUG SA DE CV	612168	DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE QUE NO SE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL, NO SERÁ NECESARIO INCLUIR EN MI PROPUESTA EL ANEXO NO. 13 Y ESTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EN CASO DE NO OFERTAR BIENES DE ORIGEN NACIONAL NO SERA NECESARIO PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 13.
6	54102	AUG SA DE CV	612256	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONCIERE SU RESPUESTA, YA QUE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA TRAMITAR ESTOS DOCUMENTOS, MI REPRESENTADA NO ESTÁ EN LOS GIROS COMERCIALES QUE LES	DEBERA DE PRESENTAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O AVISO DE FUNCIONAMIENTO, EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD; MUNICIPAL, DELEGACIÓN O ALCALDÍA SEGÚN SEA EL CASO, DICHO DOCUMENTOS DEBERÁN DE ESTAR



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.-----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
				APLICA, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	VIGENTES. EXISTEN LICENCIAS PARA GIROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ARRIBA SEÑALADAS.
7	54103	AUG SA DE CV	612256	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA DE LA REPREGUNTA ANTERIOR NO SE FAVORABLE, FAVOR DE INDICARNOS EL FUNDAMENTO LEGAL O NORMATIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE REQUERIMIENTO, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	ARTICULOS 29 FRACCION XVI Y 45 FRACCION XVIII DE LA LAASSP.
8	54104	AUG SA DE CV	612272 Y MODIFICACION N°10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LAS VISITAS SON OBLIGATORIOS U OPCIONALES, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	CONFORME A LA MODIFICACION N° 10, SE ESTABLECE QUE LA VISITA SERA OBLIGATORIA, SIN EMBARGO EL LICITANTE QUE HAYA ACUDIDO A LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES PRIMIGENIA, NO SERA NECESARIO QUE ACUDA NUEVAMENTE.
9	54105	MEDIXSA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 98, CON ID. 614081, DEL LICITANTE MEDIXSA SA DE CV.	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 98, CON ID. 614081, DEL LICITANTE MEDIXSA SA DE CV. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL INYECTOR SOLICITADO REQUIERE ALTO FLUJO VARIABLE SÓLO PARA CONTRASTE Ó ALTO FLUJO VARIABLE PARA CONTRASTE Y SOLUCIÓN SALINA.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
10	54106	MEDIXSA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 98, CON ID. 614081, DEL LICITANTE MEDIXSA SA DE CV.	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 98, CON ID. 614081, DEL LICITANTE MEDIXSA SA DE CV. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI LA APLICACIÓN DEL ANGIOGRAFO SERÁ, PARA HEMODINAMIA EN GENERAL Ó HEMODINAMIA GENERAL Y CARDIOLOGÍA, YA QUE DE ESTO DEPENDE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR EN EL INYECTOR.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
11	54107	MEDIXSA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 97, CON ID. 614080, DEL LICITANTE MEDIXSA SA DE CV.	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 97, CON ID. 614080, DEL LICITANTE MEDIXSA SA DE CV. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR PARA EL ANGIOGRAFO, UN UPS DE 100 KVAS, CON UN RESPALDO DE 9 MINUTOS, CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ECONÓMICA, TODA VEZ QUE ESTÁ CAPACIDAD Y TIEMPO ES SUFICIENTE PARA TERMINAR CUALQUIER ESTUDIO EN EL EQUIPO OFERTADO, Y A SU VEZ NOS PERMITA OFERTAR UN UPS PARA EL POLÍGRAFO CON UN RESPALDO DEL MISMO TIEMPO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
12	54108	MEDIXSA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 91, CON ID. 614074, DEL LICITANTE MEDIXSA SA DE CV.	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 91, CON ID. 614074, DEL LICITANTE MEDIXSA SA DE CV. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA YA HACER LAS MEDICIONES DESDE LA PANTALLA MEJORA LOS FLUJOS DE TRABAJO DENTRO DE LA SALA, AL	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
				EVITAR QUE LOS TÉCNICOS TENGAN QUE SALIR DEL CUARTO DE EXAMINACIÓN, ¿SE ACEPTA?	
13	54109	MEDIXSA SA DE CV	MODIFICACIÓN NO. 3 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	CONFORME AL NUEVO CALENDARIO DE EVENTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI AQUELLAS EMPRESAS QUE CUMPLIERON CON LA VISITA A LA UNIDAD MÉDICA EL PASADO 19 DE JULIO, TENDRÁN QUE HACERLO NUEVAMENTE. FAVOR DE ACLARAR.	EL LICITANTE QUE HAYA ACUDIDO A LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES PRIMIGENIA, NO SERA NECESARIO QUE ACUDA NUEVAMENTE.
14	54110	MEDIXSA SA DE CV	MODIFICACIÓN NO. 3 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	CONFORME AL NUEVO CALENDARIO DE EVENTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERA VALIDO PRESENTAR UN NUEVO JUEGO DE PREGUNTAS, NO NECESARIAMENTE LIGADAS A LAS RESPUESTAS OTORGADAS, YA QUE AL PUBLICAR UNA NUEVA FECHA, QUEDA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE QUE NUEVAS EMPRESAS PARTICIPEN. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION, PODRAN PARTICIPAR CUALQUIER LICITANTE QUE MANIFIESTE SU INTERES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. PUDIENDO ADEMAS PRESENTAR LAS PREGUNTAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES.
15	54111	MEDIXSA SA DE CV	MODIFICACIÓN NO. 3 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	CONFORME AL NUEVO CALENDARIO DE EVENTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI AQUELLAS EMPRESAS QUE YA CONTAMOS CON LAS CARTAS DE RESPALDO PODREMOS PRESENTAR LAS MISMAS CON LA FECHA INICIAL DE EVENTOS. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION, LAS CARTAS SERAN VALIDAS CON LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PRIMIGENIA.
16	54112	MEDIXSA SA DE CV	MODIFICACIÓN NO. 8 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	SOLICITAMOS NOS ACLARE LA CONVOCANTE SI AL REFERIR AL PUNTO IV DEL INCISI E) SE REFIERE AL NUMERAL CONTENIDO ANEXO 5 TERMINOS Y CONDICIONES. FAVOR DE ACLARAR.	SE CORRIGE LA MODIFICACION N° 8, LA MODIFICACION SE REFIERE AL NUMERAL 3.1.2 DOCUMENTACION TECNICA INCISO E) FRACCIÓN III, DE LA CONVOCATORIA.
17	54113	MEDIXSA SA DE CV	MODIFICACION NO. 9 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	INCISO Q CONFORME A LAS RESPUESTAS OTORGADAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA CONVOCANTE SI SERA POSIBLE PRESENTAR LA OPINIÓN DEL IMSS CON FECHA DE HASTA TRES DIAS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA.
18	54114	MEDIXSA SA DE CV	MODIFICACION NO. 10 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERA NECESARIO REALIZAR NUEVAMENTE LA VISITA A LA UNIDAD MÉDICA ESTE PRIMERO DE AGOSTO, EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS AL CAMBIAR ESTE REQUISITO DE OPCIONAL A OBLIGATORIO. FAVOR DE ACLARAR	EL LICITANTE QUE HAYA ACUDIDO A LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES PRIMIGENIA, NO SERA NECESARIO QUE ACUDA NUEVAMENTE.
19	54115	MEDIXSA SA DE CV	RESPUESTA ID 611243 A GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL PLAZO SOLICITADO YA QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE LAS OBRAS ESTEN EN PROCESO Y QUE LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS PRINCIPALMENTE EL REFERIDO	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
				AL EQUIPO DE LA PARTIDA 1 ES DE IMPORTACIÓN Y LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN Y TRASLADO SON PROLONGADOS. ADEMAS QUE SE TENDRAN QUE HACER ADECUACIONES AL ÁREA ¿SE ACEPTA UN PLAZO DE ENTREGA DE 120 DÍAS NATURALES?	
20	54116	MEDIXSA SA DE CV	RESPUESTA ID 614084 A MEDIXSA, SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL PLAZO SOLICITADO YA QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE LAS OBRAS ESTEN EN PROCESO Y QUE LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS PRINCIPALMENTE EL REFERIDO AL EQUIPO DE LA PARTIDA 1 ES DE IMPORTACIÓN Y LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN Y TRASLADO SON PROLONGADOS. ADEMAS QUE SE TENDRAN QUE HACER ADECUACIONES AL ÁREA ¿SE ACEPTA UN PLAZO DE ENTREGA DE 120 DÍAS NATURALES?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE DE ACUERDO CON EL **ARTÍCULO 33 BIS** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERALES **4.25 INCISO E)** DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS COMO RESPONSABLES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA Y/O REQUERENTE PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, ES EL C. DR. JOSE LUIS VAZQUEZ URDIANO, COORDINADOR DE GESTION MEDICA.

POR TRATARSE DE UNA LICITACION ELECTRONICA PARA EFECTOS DE NOTIFICACION AL TERMINO DE ESTE EVENTO LA PRESENTE ACTA, SE PUBLICARA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL **(COMPRANET)** EN LA DIRECCION ELECTRONICA <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>, ASI COMO EN EL TABLERO DE AVISOS DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO EN DOMICILIO YA SEÑALADO, LA CUAL ESTARA DISPONIBLE POR UN LAPSO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES, CONTANDO APARTIR DE CONCLUIDO EL EVENTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

SE **RECTIFICA** QUE EL **ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION EN COMENTO, SE LLEVARA A CABO EL DIA **14 DE AGOSTO DE 2024**, A LAS **10:00 HORAS**, A TRAVES DEL COMPRANET Y EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COLONIA ALTA VILLA; C.P. 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, LO ANTERIOR CONFORME A LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA; DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES Y DE RESPONSABILIDADES EN COLIMA, ASISTIÓ EL **C.P. SAMUEL PEREZ MEJIA**, JEFE DE GRUPO.



GOBIERNO DE
MÉXICO



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

CIERRE DE ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DEL EVENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION, SIENDO LAS **12:32 HORAS** DEL DIA **26 DE JULIO DE 2024**, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.

"POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"

LIC. LUIS GONZALEZ CRUZ

ENCARGADO DE LA COORDINACION DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 53.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ADEMAS DE LAS FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE OFICIO N°. COL/069001050100/OD/442/2024, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, SUSCRITO POR LA TITULAR DEL OOAD REGIONAL COLIMA.

Autorizo

C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NUÑEZ

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 53.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Valido

LIC. MARIA GUADALUPE CASTELLANOS RODRIGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA JURIDICA
DEL OOAD REGIONAL COLIMA

C. Víctor Hugo Ramírez Hernández

Reviso

C.P. Rene Cárdenas Sánchez

Elaboro



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS **09:00 HORAS** DEL DÍA **06 DE AGOSTO DE 2024**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COL. ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA. -----

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ADEMAS CON LAS FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE OFICIO N°. COL/069001050100/OD/606/2024, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, SUSCRITO POR LA TITULAR DEL OOAD REGIONAL COLIMA, HACE EL USO DE LA PALABRA, EL LIC. LUIS GODINEZ CRUZ, ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DEL OOAD REGIONAL COLIMA, DANDO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HACIENDO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.-----

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE PLASMAN LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA QUE SEAN CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACION DE SUS PROPOSICIONES.-----

SE INFORMA QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET 2023), SE RECIBIERON **CUATRO (4)** SOLICITUD DE ACLARACIONES, LAS CUALES CONTIENEN **SETENTA Y OCHO (78)**, PREGUNTAS, ASÍ COMO ESCRITOS DE INTERES EN PARTICIPAR DE LOS LICITANTES QUE SE MUESTRA EN LA TABLA SIGUIENTE:-----

Núm.	Licitante	Manifiesto de Interés en Participar	Núm. Preguntas
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SI	0
2	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SI	0
3	AUG SA DE CV	SI	0
4	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	SI	0
5	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	SI	0
6	CONDUIT LIFE SA DE CV	SI	1
7	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	SI	0
8	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SI	0
9	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	SI	0
10	GRUPO FAYX SA DE CV	SI	0
11	HEALTH GROUP ARGANE SA DE CV	SI	0
12	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	SI	0
13	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	SI	9
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	SI	0
15	MEDICA LUTESA SA DE CV	SI	0
16	MEDIXSA SA DE CV	SI	22
17	NUDOMI SA DE CV	SI	0
18	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	SI	0
19	SECURE INC SA DE CV	SI	0
20	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	SI	0
21	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	SI	0
22	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SI	46
23	TECNO ROBLES DE MEXICO SA DE CV	SI	0
24	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	SI	0
25	VITER MEDICAL SA DE CV	SI	0



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

ASIMISMO, ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO **46 FRACCION II**, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, AL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACION PRESENTADA CONFORME SE ESTIPULA EN EL ARTICULO 46 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:-----

Nº	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	621338	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO CONSTITUYE MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL UTILIZAR TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LO SOLICITADO Y SE TRATE ÚNICAMENTE DE CUESTIONES DE NOMENCLATURA. SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ UTILIZAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO LA REFERENCIA CONSTATE QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO Y SEA CORROBORADO EL DATO REFERENCIADO.
2	621339	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO REFERENCIAR TEXTUALMENTE DENTRO DE NUESTROS MANUALES, FOLLETOS O CATÁLOGOS EL PUNTO SOLICITADO, DADO QUE PODEMOS HACER LA REFERENCIA DE DICHO REQUISITO MEDIANTE UNA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL BIEN OFERTADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTA DESCRIPCIÓN CUMPLA CON LO SOLICITADO. SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE CONCURRENCIA DE LA PROVEEDURÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
3	621340	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE FORMA TÉCNICA Y CLÍNICA, POR QUE REFERENCIAR CON UNA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE NUESTRA TECNOLOGÍA NO ES SUFICIENTE, DADO QUE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASÍ COMO LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, ESTABLECE DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA, GARANTIZANDO QUE DICHOS PROCEDIMIENTOS SE REALICEN EN UN MARCO DE COMPETENCIA JUSTA Y TRANSPARENTE.	PODRÁ UTILIZAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO LA REFERENCIA CONSTATE QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO Y SEA CORROBORADO EL DATO REFERENCIADO.
4	621341	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.1	ENTENDEMOS QUE LAS NECESIDADES DE UN ANGIÓGRAFO PARA SEGUNDO NIVEL REQUIEREN DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y DE TRATAMIENTO DE TIPO VASCULAR, NO VASCULAR, CARDIOVASCULAR Y NEUROVASCULAR POR LO QUE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL SOPORTE A PISO O TECHO ES EL QUE MÁS SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
5	621342	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.4.	SABEMOS QUE EL MOVIMIENTO AXIAL DEL DETECTOR HACE REFERENCIA AL MOVIMIENTO DE ALEJAMIENTO Y ACERCAMIENTO AL PACIENTE POR LO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: LOS DETECTORES PLANOS ESTÁN DOTADOS DE TECLAS DE MEMBRANA PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-IMAGEN (DFI), DESDE EL FOCO DE LA FUENTE DE RAYOS X AL PLANO RECEPTOR DE IMAGEN DEL FD QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
6	621343	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL PUNTO FOCAL Y EL DETECTOR LO CUAL NO REPRESENTA NINGUNA LIMITACIÓN EN LAS APLICACIONES CLÍNICAS O TÉCNICAS PARA LAS QUE SE ENCUENTRA DESTINADO EL EQUIPO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ASEGURE Y CUMPLA CON EL RANGO SOLICITADO ENTRE EL FOCO Y EL FLAT PANEL, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
7	621344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.5	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, ENTENDEMOS QUE LA ENTIDAD CONVOCANTE FOMENTA LA LIBRE COMPETENCIA, POR LO TANTO, PRESENTAR TERMINOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE QUE REPRESENTE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS NO DEBERÍA SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. EN ESTE SENTIDO, UTILIZAR LA EXPRESIÓN "DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL PUNTO FOCAL Y EL DETECTOR" EN LUGAR DE "DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL FOCO Y EL FLAT PANEL O FUENTE DE IMAGEN" CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS. ¿ES CORRECTO?	CONTESTADA CON LA RESPUESTA ANTERIOR.
8	621345	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.3.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR PROTECCIÓN PARA EVITAR COLISIONES , COMO SISTEMA ANTICOLISIÓN TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
9	621346	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.4.2..	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR VOLTAJE, COMO VOLTAJE DEL TUBO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
10	621347	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.2.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO , COMO CONTENIDO MÁXIMO DE CALOR DEL ÁNODO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ASEGURE Y CUMPLA CON EL RANGO O CARACTERÍSTICA SOLICITADA EN CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
11	621348	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.4.	DEBIDO A QUE EL EQUIPO PERMITE FLUOROSCOPIA PULSADA HASTA 30 PULSOS POR SEGUNDO (P/S) EN CUALQUIER REGIÓN ANATÓMICA INCLUYENDO CARDIOLOGÍA , PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA, CON 7.5, 10, 15, 30 PULSOS POR SEGUNDO (P/S), DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO.

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
12	621349	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.5	DEBIDO A QUE EL EQUIPO PERMITE FLUOROSCOPIA PULSADA HASTA 7.5 PULSOS POR SEGUNDO (P/S) EN CUALQUIER REGIÓN ANATÓMICA INCLUYENDO VASCULAR, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA, CON 7.5, 10, 15, 30 PULSOS POR SEGUNDO (P/S) Y TASAS DE PULSO DE FLUOROSCOPIA ADICIONALES DE 0.5, 1, 2, 3, 4, 6 P/S, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
13	621350	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.3.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO TRANSVERSAL O LATERAL, COMO RECORRIDO TRANSVERSAL MANUAL TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ASEGURE Y CUMPLA CON EL RANGO O CARACTERÍSTICA SOLICITADA EN CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
14	621351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.4.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ALTURA DE LA MESA 77.5 CM A 110 CM, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
15	621352	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.6.	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR RANGO DE PIVOTE SOBRE EL EJE DE LA COLUMNA CENTRAL DE COMO ROTACIÓN DE LA MESA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ASEGURE Y CUMPLA CON EL RANGO O CARACTERÍSTICA SOLICITADA EN CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
16	621353	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.7.1.4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR LUMINOSIDAD TÍPICA COMO LUMINANCIA MÁXIMA, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ASEGURE Y CUMPLA CON EL RANGO O CARACTERÍSTICA SOLICITADA EN CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
17	621354	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.3.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO CINE Y MODO MÁSCARA , COMO CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO BUCLE Y MODO MÁSCARA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
18	621355	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.3.	DADO EL CONTEXTO DE CINE COMO LA REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES SIMULANDO UNA PELÍCULA. ENTENDEMOS QUE PODEMOS REFERENCIAR MODO CINE COMO EL PODER REPRODUCIR ESCENAS CON LA MISMA FRECUENCIA DE IMAGEN CON LA QUE SE ADQUIRIERON, O BIEN REDUCIR O ACELERAR LA REPRODUCCIÓN DE ESCENAS, DEPENDIENDO DE LA FRECUENCIA DE IMAGEN DE ADQUISICIÓN Y DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA YA QUE ESTO DARÍA LA IMPRESIÓN DE TENER UNA PELÍCULA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ UTILIZAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO LA REFERENCIA CONSTATE QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO Y SEA CORROBORADO EL DATO REFERENCIADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
19	621356	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.5.	DEBIDO AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE, LAS IMÁGENES DSA A MENUDO MUESTRAN ARTEFACTOS DE REGISTRO INCORRECTO QUE PUEDEN DIFICULTAR EL DIAGNÓSTICO ADECUADO, UNA TÉCNICA PARA LA CORRECCIÓN DE DICHO MOVIMIENTO ES EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES, POR LO TANTO ENTENDEMOS QUE OFERTAR DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO COMO SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
20	621357	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.5.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO. DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DSA, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CÍCLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
21	621358	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.6.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROAD-MAPPING , COMO ROADMAP TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
22	621359	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.7.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR REMOCIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
23	621360	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.(PARA SEGUNDO NIVEL),PUNTO 1.8.11	ENTENDEMOS QUE PARA LOS PUNTOS 1.8.11 AL 1.8.11.9 SERÁ POSIBLE REFERENCIARLOS CON EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO ASÍ COMO CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE PERMITIENDO DEMOSTRAR ASÍ QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO ¿ ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
24	621361	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.3.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR PROGRAMA PARA SUPRESIÓN DE HUESO EN 3D, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO EN 3D TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
25	621362	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.4.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR SUPERPOSICIÓN DEL MODELO 3D EN LA FLUOROSCOPIA EN TIEMPO REAL COMO SOFTWARE QUE PERMITE FUSIONAR VOLÚMENES 3D DE OTRAS MODALIDADES DE IMAGEN PARA LA GUÍA DE IMAGEN EN VIVO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA YA QUE REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA, SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-CYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-CYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
26	621363	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.6.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR REMOCIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
27	621364	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.7.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROAD-MAPPING, COMO ROADMAP TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
28	621365	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.10.	ENTENDEMOS QUE PARA LOS PUNTOS 1.9.10 AL 1.9.10.8 SERÁ POSIBLE REFERENCIARLOS CON EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO ASÍ COMO CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE PERMITIENDO DEMOSTRAR ASÍ QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
29	621366	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.2.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR NUESTRO POLÍGRAFO QUE CUENTA CON SENSIBILIDAD DE: 1, 2, .5, 1.25, 10, 20, 50 Y 100 CM POR MV, LO CUAL NO AFECTA NINGUNA APLICACIÓN CLÍNICA Y ES UN RANGO DE MEDICIÓN MÁS AMPLIO DE LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
30	621367	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.1	ENTENDEMOS QUE PARA LA TERMINOLOGÍA INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO SE PUEDE REFERENCIAR COMO INYECCIÓN AUTOMÁTICA, AJUSTE EL INYECTOR A ARMADO HE INYECCIÓN MANUAL ANULE LA SELECCIÓN DE LA SINCRONIZACIÓN, DANDO A ENTENDER QUE EL MODO AUTOMÁTICO ES LA SINCRONIZACIÓN DEL INYECTOR AL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
31	621368	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.1	ENTENDEMOS QUE PARA LA TERMINOLOGÍA INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO SE PUEDE HACER REFERENCIA A QUE LA INYECCIÓN SE INICIARÁ DE FORMA AUTOMÁTICA CON DETERMINADOS PROTOCOLOS DE ADQUISICIÓN Y EL INYECTOR CONTROLA EL INICIO DE LAS EXPOSICIONES CON CONTRASTE, QUE COMIENZAN TRAS CUMPLIRSE EL TIEMPO DE RETARDO DE LOS RAYOS X. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
32	621369	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.1	EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON SINCRONIZADO O INTERFASADO AL EQUIPO.	ACLARADO EN LA RESPUESTA ANTERIOR
33	621370	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.1	ENTENDEMOS QUE PARA LA TERMINOLOGÍA INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO, SE DEBE DE DEMOSTRAR A TRAVÉS DE MANUALES QUE EL INYECTOR OFERTADO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
34	621371	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.7	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR UN EQUIPO ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 150 KVA CON 30 MINUTOS DE RESPALDO Y FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA MAYOR O IGUAL DE 0.99 A PLENA CARGA EL CUAL SOPORTA EL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA Y EL POLÍGRAFO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
35	621372	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PUEDA COMPARTIR EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL ANGIOGRAFO, DELIMITANDO EL ÁREA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE ADECUAR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	FAVOR DE REMITIRSE A LOS ANEXOS PUBLICADOS EN COMPRANET, ASÍ COMO A LA VISITA A LAS INSTALACIONES, EN CASO QUE REQUIERA MÁS DOCUMENTOS, SE LE FACILITARAN AL LICITANTE ADJUDICADO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
36	621373	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	ENTENDEMOS QUE LA SALA DE EXPLORACIÓN, CUARTO DE MÁQUINAS Y CUARTO DE CONTROL PARA EL ANGIOGRAFO SERÁN ENTREGADOS EN OBRA NEGRA (LOSAS, MUROS Y PISOS TERMINADOS), CORRESPONDIENDO AL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZAR LAS PREINSTALACIONES CORRESPONDIENTES A SU TECNOLOGÍA, ASÍ COMO DOTAR DE ACABADOS, AIRE ACONDICIONADO Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA A ESTAS ÁREAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONES QUE SE REQUIEREN TALES COMO , TRANSFORMADORES ELECTRICOS, AIRES ACONDICIONADOS, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
37	621374	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	ENTENDEMOS QUE DERIVADO A QUE LA SALA DE EXPLORACIÓN, CUARTO DE MÁQUINAS Y CUARTO DE CONTROL PARA EL ANGIOGRAFO SERÁN ENTREGADOS EN OBRA NEGRA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EL TIEMPO DE ENTREGA (60 DÍAS NATURALES AL MOMENTO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES) COMENZARÁ A CORRER A PARTIR DE QUE SE LIBEREN DICHAS ÁREAS EN MUTUO ACUERDO ENTRE EL INSTITUTO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONES QUE SE REQUIEREN TALES COMO, TRANSFORMADORES ELECTRICOS, AIRES ACONDICIONADOS, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
38	621375	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	ENTENDEMOS QUE, PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, ¿CUALQUIERA QUE SEA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR COMO MÍNIMO: TRANSFORMADOR ELÉCTRICO (TIPO PEDESTAL DE 13200V A 480V): TODO EL CABLEADO DE LA LÍNEA, DESDE SUBESTACIÓN Y HASTA EL BREAKER DE ENTRADA EN CUARTO DE MÁQUINAS. TIERRA FÍSICA DEDICADA PARA EL EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONES QUE SE REQUIEREN TALES COMO, TRANSFORMADORES ELECTRICOS, AIRES ACONDICIONADOS, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
39	621376	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 01. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	ENTENDEMOS QUE, PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, ¿CUALQUIERA QUE SEA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL O MEJOR TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO REALIZAR EL TOTAL DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE ES NECESARIO CONSIDERE EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL TOTAL DE EQUIPOS ADICIONES QUE SE REQUIEREN TALES COMO, TRANSFORMADORES ELECTRICOS, AIRES ACONDICIONADOS, CABLEADO, UPS, ETC. PARA EL CORRECTO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
40	621377	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA	RUBRO C. ENTENDEMOS QUE LA CANTIDAD SOLICITADA DE CONTRATOS EN EL RUBRO C, SERÁN EVALUADOS Y ACEPTABLES PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE MI REPRESENTADA, LO ANTERIOR TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS CONTRATOS ADJUNTADOS SERÁN DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA APLICABLE EN CADA PARTIDA, Y QUE DE ESTE MODO SE FACILITARÁ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ DE PRESENTAR CONTRATOS DE ACUERDO AL EQUIPO DE MAYOR NIVEL TECNOLÓGICO QUE OFERTE, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA.
41	621378	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA	RUBRO D. ENTENDEMOS QUE LA CANTIDAD SOLICITADA DE CONTRATOS EN EL RUBRO D, SERÁN EVALUADOS Y ACEPTABLES PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE MI REPRESENTADA, LO ANTERIOR TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS CONTRATOS ADJUNTADOS SERÁN DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA APLICABLE EN CADA PARTIDA, Y QUE DE ESTE MODO SE FACILITARÁ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ DE PRESENTAR CONTRATOS DE ACUERDO AL EQUIPO DE MAYOR NIVEL TECNOLÓGICO QUE OFERTE, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
42	621379	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA	RUBRO C Y RUBRO D. ENTENDEMOS QUE LA CANTIDAD SOLICITADA DE CONTRATOS EN EL RUBRO C Y D, SERÁN EVALUADOS Y ACEPTABLES PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE MI REPRESENTADA, LO ANTERIOR TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS CONTRATOS DE VENTA DE EQUIPOS QUE SEAN PERTENECIENTES AL ÁREA DE RADIOLOGIA E IMAGEN APLICABLES EN CADA PARTIDA, Y QUE DE ESTE MODO SE FACILITARÁ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ DE PRESENTAR CONTRATOS DE ACUERDO AL EQUIPO DE MAYOR NIVEL TECNOLÓGICO QUE OFERTE, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA.
43	621380	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	JUNTA DE ACLARACIONES	DEBIDO A LOS CAMBIOS DE FECHA Y HORA DE CADA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DENTRO DE ESTE PROCESO LICITATORIO, TOMAMOS EN CUENTA QUE LA PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2024 ES COMPLETAMENTE VÁLIDA PARA ESTE EVENTO, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS DENTRO DE ELLA, POR LO CUAL SUS RESPUESTAS PUEDEN SER TOMADAS COMO PRECISIONES CORRECTAS PARA ESTE EVENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ(N) PARTE DE LA MISMA Y DEBERÁ(N) SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN
44	621381	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES	ENTENDEMOS QUE LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT DEBE ESTAR VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, POR LO CUAL ENTENDEMOS, QUE DEBE SER CORRESPONDIENTE AL MES CORREINTE DE LA FECHA DE APERTURA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
45	621382	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	ENTENDEMOS QUE LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DEBE ESTAR VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, POR LO CUAL ENTENDEMOS, QUE DEBE SER CORRESPONDIENTE CON AL MENOS QUINCE DIAS VIGENTE ANTERIORES DE LA FECHA DE APERTURA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
46	621383	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5.2. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE INFONAVIT	ENTENDEMOS QUE LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT DEBE ESTAR VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, POR LO CUAL ENTENDEMOS, QUE DEBE SER CORRESPONDIENTE AL MES CORREINTE DE LA FECHA DE APERTURA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
47	622762	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.2.4. PREGUNTA: POR LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR LITERALMENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "AJUSTE LA DISTANCIA DE FUENTE A IMAGEN DEL DETECTOR AL MÁXIMO", LO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
48	622763	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.5 PREGUNTA: YA QUE EN MERCADO ACTUALMENTE TODAS LAS COSAS COMERCIALES PUEDEN OFERTAR TUBOS DE ALTA POTENCIA Y CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LA DE 2018 CUANDO SE ELABORÓ ESTA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN TUBO CON TECNOLOGÍA DE "GRID SWITCH", YA QUE ESTO MEJORA LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS DE RADIACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
49	622764	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.5.1 PREGUNTA: YA QUE EN MERCADO ACTUALMENTE TODAS LAS COSAS COMERCIALES PUEDEN OFERTAR TUBOS DE ALTA POTENCIA Y CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LA DE 2018 CUANDO SE ELABORÓ ESTA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN TUBO CON TECNOLOGÍA DE "GRID SWITCH", YA QUE ESTO MEJORA LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS DE RADIACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
50	622765	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.52 PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL TUBO DE RAYOS X, EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS Y DE LARGA DURACIÓN, COMO LOS QUE REALIZA EL SEGURO SOCIAL, EL CONTAR CON UN TUBO DE RAYOS X CON UNA MAYOR CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO EN EL ÁNODO ES MUY VALIOSO PUES INCREMENTA LA CALIDAD DE LA IMAGEN Y MEJORA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DURANTE EL PROCEDIMIENTO POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL VALOR DE LA CAPACIDAD TÉRMICA DEL ÁNODO A OFERTAR DEBERÁ SER DE AL MENOS 5.0 MHU LO QUE NO LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA DE LAS EMPRESAS Y SI REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA PARA EL INSTITUTO, ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ANODO DE 5.0 MHU, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y QUE CUMPLA CON EL RESTO DEL PUNTO ASÍ COMO CON LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
51	622766	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.7.1 PREGUNTA: DE ACUERDO CON LAS APLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y DE TRATAMIENTO SOLICITADAS EN LA CEDULA, ENTENDEMOS QUE SE REQUIEREN VER AL MENOS IMAGEN EN VIVO Y DE REFERENCIA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE DEBEN OFERTAR DOS PANTALLAS PLANAS DE 19" LCD O TFT MONOCROMÁTICA O COLOR PARA QUE PUEDAN SERVIR DE RESPALDO DEL MONITOR DE 56" ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
52	622767	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8.4 PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN COMO BRILLO, CONTRASTE, BORDES, INVERSIÓN DE VIDEO, AUMENTAR Y DESPLAZAR LA IMAGEN, INVERSIÓN DE VIDEO, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
53	622768	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8 PREGUNTA: ¿ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES, ROTACIÓN DE IMÁGENES 3D ADQUIRIDAS EN EL EQUIPO, VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN FLUOROSCOPICA, REALIZAR ZOOM DESDE EL TOUCH PANEL MONTADO EN LA MESA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES
54	622769	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8.8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANÁLISIS LVA, QCA, QVA CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL, MEDICIÓN DE ESTENOSIS EN EL EQUIPO COMO EN EL MÓDULO DE PANTALLA TÁCTIL QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE EXAMINACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR FLUJO DE TRABAJO EN LA SALA DE HEMODINAMIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO.1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
55	622770	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8.9 PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE ADICIONAL A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.8.9 SE DEBERÁ OFERTAR UN MANDO DE VISUALIZACIÓN A DISTANCIA PORTÁTIL CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR LAS FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DESDE CUALQUIER LUGAR DE A SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
56	622771	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.8.11 Y SUBPUNTOS 1.8.11.1 A 1.8.11.9 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
57	622772	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 1.9.11 Y SUBPUNTOS 1.9.11.1 A 1.9.11.8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
58	622773	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 2.2.2 PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DESPLIEGUE DE PRESIONES P1, P2, P3 Y P4 DONDE A CADA CANAL DE PRESIÓN SE SELECCIONA Y ESTABLECEN LOS LÍMITES DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y SIMULTANEA LO CUAL ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
59	622774	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 2.2.7 PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DERIVACIÓN DE ECG, GANANCIA 100 LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
60	622775	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 2.7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA UPS DE 100 KVAS CON 9 MINUTOS DE RESPALDO O MAYOR, YA QUE CON ESTA CAPACIDAD Y ESTE TIEMPO ES SUFICIENTE PARA PODER TERMINAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO CON SEGURIDAD PARA EL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
61	622776	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 2.1 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL INYECTOR SOLICITADO REQUIERE ALTO FLUJO VARIABLE SÓLO PARA CONTRASTE Ó ALTO FLUJO VARIABLE PARA CONTRASTE Y SOLUCIÓN SALINA.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULOS
62	622777	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 3.3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI LA APLICACIÓN DEL ANGIOGRAFO SERÁ, PARA HEMODINAMIA EN GENERAL Ó HEMODINAMIA GENERAL Y CARDIOLOGÍA, YA QUE DE ESTO DEPENDE LOS CONSUMIBLES A USAR EN EL INYECTOR.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULOS
63	622778	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO: 3.4 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES EQUIVALENTES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, INCLUYENDO REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
64	622779	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR Y TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B)	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR Y TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B) DICE: EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ, DE 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO.... PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PARTIDA 1, A 120 DÍAS NATURALES, YA QUE LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN DE ESTOS EQUIPOS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE TODOS SUS COMPONENTES ES MUY PROLONGADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
65	622780	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR Y TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B)	ANEXO NO. 5 PLAZO, LUGAR Y TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B) DICE: EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERÁ REALIZAR SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN, EN UN PERIODO MÁXIMO DE 60 DÍAS NATURALES.... PREGUNTA: DADO QUE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA EN DONDE SE SERÁ LOS BIENES QUE COMPRENDE LA PARTIDA 1, ESTA AUN EN PROGRESO, SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI EL BARITADO DE LA SALA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS CORRESPONDERÁ TAMBIÉN AL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO, TODAS LAS ADECUACIONES DEBERÁN SER REALIZADAS POR EL LICITANTE ADJUDICADO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
66	622781	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVO	ANEXO NO. 5 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICO – ADMINISTRATIVO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE CI. EXPERIENCIA Y C2 ESPECIALIDAD DICE: COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS(S) O PEDIDO(S) PRESENTADO(S), EN LOS QUE SE VERIFIQUE QUE EL LICITANTE HA SUMINISTRADO A CUALQUIER DEPENDENCIA Y/O INSTITUCIÓN Y/O PARTICULAR, BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, QUE CORRESPONDAN AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2016 AL 2023 PREGUNTA: AL REFERIRSE A BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN PRESENTAR CONTRATOS QUE AMPAREN LA VENTA DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA COMO ANGIOGRAFOS, TOMOGRAFOS, SALAS DE 500 MA, MASTOGRAFOS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
67	622782	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 D) LICENCIAS INCISO VIII.	ANEXO NO. 5 D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCISO VIII. DICE: COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO CERTIFICACIONES IOS 9001:2016 Y ISO 13485:2016 PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBERÁN PRESENTAR LOS DOS CERTIFICADOS	FAVOR DE REMITIRSE Y CONSIDERAR A LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
68	622783	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 5 D) LICENCIAS INCISO VIII.	ANEXO NO. 5 D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCISO VIII. PREGUNTA: EN CASO QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEA CORRECTA, ENTENDEMOS QUE ESTO SOLO APLICA PARA EL EQUIPO PRINCIPAL, DADO QUE EN EL CASO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, LOS FABRICANTES SOLO SE CERTIFICAN EN ISO 13485 Y /O ISO 9001 SEGÚN LA NATURALEZA DEL BIEN. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ PRESENTAR LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS Y CERTIFICACIONES DE TODOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES OFERTADOS.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
69	622804	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.5.1	DICE: TUBO DE RAYOS X CON 2 O 3 PUNTOS FOCALES EN MM, UNO DE ELLOS DE 0.5 O MENOR Y DE 0.8 O MENOR Y EN CASO DE TENER UN TERCER PUNTO 1.0 O MENOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TUBO DE RAYOS X CON PUNTOS FOCALES DE 0.6 MM Y OTRO DE 1.0 MM, CON EL ARGUMENTO DE QUE AL AUMENTAR EL TAMAÑO DEL PUNTO FOCAL DISMINUYE LA DOSIS QUE RECIBE EL PACIENTE, REDUCIENDO ASÍ EL TIEMPO NECESARIO DE EXPOSICIÓN. POR LO TANTO, NO AFECTA LA CALIDAD DE LA IMAGEN DURANTE EL ESTUDIO, AL CONTAR CON PROCESAMIENTO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EL CUAL AUMENTA LOS CONTORNOS Y EL BRILLO, REALZANDO LOS BORDES DEL CATÉTER DURANTE LA COLOCACIÓN DEL MISMO Y MINIMIZANDO EL RUIDO OCASIONADO POR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS. CON ESTO OFERTANDO TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PROPORCIONEN EL FUNDAMENTO TÉCNICO, CLÍNICO Y LEGAL DE SU SOLICITUD. POR FAVOR ACLARAR LO SOLICITADO.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

ACTA DE CIERRE DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
70	623204	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRANSAPARENTE PUNTO 1.4.1	A LA CONVOCANTE LE SOLICITAMOS PERMITA OFERTAR ALTURA AJUSTABLE DE LA CAMILLA, QUE CUBRA UN RANGO DE 61 CM A 94.6 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN) COMO MÍNIMO, AL SER UN MAYOR RANGO, BENEFICIA A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD, EVITANDO LESIONES POR CAÍDA DEL PACIENTE O LUMBARES PARA EL OPERADOR DE LA CAMILLA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES
71	623206	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRANSAPARENTE PUNTO 1.6	PARA QUE LA CAMILLA SEA APTA PARA DIFERENTES PACIENTES CON LA SUPERFICIE CORPORAL, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CAMILLA CON DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 191 CM DE LARGO X 76 CM DE ANCHO, COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PODER OFERTAR CAMILLA CON DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 191 CM DE LARGO X 76 CM DE ANCHO, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
72	623208	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRANSAPARENTE PUNTO 1.7	PARA TEMER MEJORES DIMENSIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA CAMILLA CON UN ANCHO TOTAL DE 96.5 CM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DEL PUNTO Y CON LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
73	623211	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: 16314 CARRO ROJO C/EQUIPO COMPL. P/REANIM C/DESFIB, PUNTO 1.1.13.3.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PUEDA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON IMÁGENES DEL CATÁLOGO O CON UN ENLACE A UN VIDEO DONDE SE DEMUESTRE DICHO PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR ESTE PUNTO CON IMAGEN, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
74	623217	JOGALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRANS. PUNTO 1.2	PARA CUBRIR UN RANGO AMPLIO DE PACIENTES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CAMILLA RADIOTRANSAPARENTE DE 318 KG O MAYOR, GARANTIZANDO LA ÓPTIMA FUNCIONALIDAD CON SEGURIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

N°	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
75	623218	JO GALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4: 11697 CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE PUNTO 1.3.1	PARA TENER UN MAYOR ALCANCE PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA CAMA Y MANEJO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TRENDELENBURG Y TENDELENBURG INVERSO DE 17° COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
76	623220	JO GALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: 16314 CARRO ROJO C/EQUIPO COMPL. P/REANIMACIÓN CON DESFIB PTO 1.1.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CARRO ROJO CON UNA LONGITUD DE 115.6 CM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
77	623224	JO GALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	"PARTIDA 2: 16314 CARRO ROJO C/COMPLETO P/REANIMA C/DESFIB PUNTO 1.1.13.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR VÁLVULA DE SEGURIDAD DE LIMITE LA PRESIÓN EN VÍAS RESPIRATORIAS SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
78	623234	JO GALUMI SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: 16314 CARRO ROJO C/EQ.COMPL/ REANIM PUNTO 1.1.14.2.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS DE FIBRA ÓPTICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR MANGO DE FIBRA ÓPTICA DE ACUERDO A LA ILUMINACIÓN SOLICITADA EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, EL CUAL DEBERÁ DE SER COMPATIBLE CON TODAS LAS HOJAS SOLICITADAS Y QUE OFERTE CON EL EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL

SE INFORMA ENTONCES QUE, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL **ARTICULO 46 FRACCIÓN II**, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE DIO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES DE MANERA ELECTRÓNICA OTORGANDO UN PLAZO DE **SEIS (6) HORAS**, PARA QUE A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET, SE DA OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES DE QUE REALICEN PREGUNTAS SOLO EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE **SUSPENDE LA SESION** SIENDO LAS **09:35 HORAS**, DEL **06 DE AGOSTO DE 2024**, PARA REANUDARSE EL **MISMO DIA** DE SU INICIO A LAS **15:45 HORAS**. -----

CIERRE DEL ACTA

SIENDO LAS **15:45 HORAS** DEL DÍA **06 DE AGOSTO DE 2024**, Y HABIENDOSE CUMPLIDO EL TIEMPO ESTABLECIDO COMO LIMITE DESDE QUE SE PUBLICARÓN LAS RESPUESTAS DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES EN COMPRANET Y QUE SE MANIFESTO EN LA APERTURA DE ESTE EVENTO, CONFORME LO ESTABLECE EL **ARTICULO 46 FRACCION II** DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, **SE REANUDA EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, INFORMANDO QUE **SE RECIBIERON TRECE (13) PREGUNTAS** EN RELACIÓN A

licitacion publica internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio con
capitulo de compras gubernamentales electronica n° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE, COMO SE MUESTRA EN LAS PANTALLAS DEL SISTEMA COMPRANET QUE SE PLASMAN A CONTINUACIÓN:-----

Comprasnet > Módulo para la interacción > Mapa > VEN A SOOOSKIDE > Portal CCA > Declarar > Intrane: IMSS > Nueva pestaña > Inicia sesión en pro... > Inicia sesión en pro... > Todos los navegadores

Google Chrome no es tu navegador predeterminado **Establecer como predeterminado**

Comprasnet > Expediente > Procedimiento

PERLA JUDITH ROMERO VELAZQUEZ
Administrador de unidades administrativas

15:45 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024

Código del expediente C-2024-000738682	Número de procedimiento de contratación LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024	Estatus del procedimiento de contratación EN REPREGUNTAS
Código interno del procedimiento P-2024-00075454	Nombre del procedimiento de contratación PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	
Licitantes que han presentado propuestas 0		

Historial de acciones

Historial de acciones	Repreguntas	Solicitudes de aclaración	Disposición de...	Cancelación...	Exclusión...	Selección de...	Exclusión de...								
Juntas de Aclaraciones del Procedimiento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Junta de aclaraciones</th> <th>Fecha y hora de junta de aclaraciones *</th> <th>Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Comprasnet *</th> <th>Fecha y hora de repreguntas *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junta aclaraciones 2</td> <td>05/08/2024 09:00</td> <td>05/08/2024 09:00</td> <td>06/08/2024 16:45</td> </tr> </tbody> </table>								Junta de aclaraciones	Fecha y hora de junta de aclaraciones *	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Comprasnet *	Fecha y hora de repreguntas *	Junta aclaraciones 2	05/08/2024 09:00	05/08/2024 09:00	06/08/2024 16:45
Junta de aclaraciones	Fecha y hora de junta de aclaraciones *	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Comprasnet *	Fecha y hora de repreguntas *												
Junta aclaraciones 2	05/08/2024 09:00	05/08/2024 09:00	06/08/2024 16:45												

PERLA JUDITH ROMERO VELAZQUEZ
Administrador de unidades administrativas

+ Carga masiva

Companet

Expediente

Procedimientos

Notas Relevantes de Contratos

Consultas

Registro Empresarial de Companet

Proveedores expedidos y sancionados

Avisos y notificaciones

Panel

Tablero

Ayuda

Companet

Módulo para la inte...

Maps

VEN A SDOSSKUE...

Portal CCA

Declarar...

Intranet RGSS

Nueva pestaña

Inicia sesión en pro...

Inicia sesión en pro...

Google Chrome no es tu navegador predeterminado

Establecer como predeterminado

15:45 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México

PERLA JUDITH ROMERO VELAZQUEZ

Administrador de Unidad correspondiente

INVENTORE

15 registros encontrados

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Anexos *

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES *	RESPUESTAS A LA-SG-CYP-0906YR01Z-T-88-2036.pdf	06/06/2024 06:23	
2	ACTA CIERRE JUNTA DE ACLARACIONES *			

Regresar

ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTICULO **46 FRACCION II Y IV** DE SU REGLAMENTO, SE DA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS EN RELACION A LAS RESPUESTA REMITIDAS POR LA CONVOCANTE, CONFORME SE ESTIPULA EN EL ARTICULO **46 FRACCION IV**, DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: -----

PREGUNTAS EN RELACION A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE

Nº	ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
1	55065	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622762 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622762 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "AJUSTE LA DISTANCIA DE FUENTE A IMAGEN DEL DETECTOR AL MÁXIMO", LO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
2	55066	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622763 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622763 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SOLICITE QUE SE DEBA OFERTAR UN TUBO CON TECNOLOGÍA DE "GRID SWITCH", YA QUE ESTO MEJORA LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS DE RADIACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
3	55067	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622764 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622764 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SOLICITE QUE SE DEBA OFERTAR UN TUBO CON TECNOLOGÍA DE "GRID SWITCH", YA QUE ESTO MEJORA LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS DE RADIACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-CYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-CYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

4	55068	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622766 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622766 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE ENTENDEMOS QUE SE REQUIEREN VER AL MENOS IMAGEN EN VIVO Y DE REFERENCIA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE DEBEN OFERTAR DOS PANTALLAS PLANAS DE 19" LCD O TFT MONOCROMÁTICA O COLOR PARA QUE PUEDAN SERVIR DE RESPALDO DEL MONITOR DE 56" ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
5	55069	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622769 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622769 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE HACER LAS MEDICIONES DESDE LA PANTALLA MEJORA LOS FLUJOS DE TRABAJO DENTRO DE LA SALA, AL EVITAR QUE LOS TÉCNICOS TENGAN QUE SALIR DEL CUARTO DE EXAMINACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
6	55070	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622770 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622770 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SUGERIMOS A LA CONVOCANTE, QUE ADICIONAL A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.8.9 SE DEBA OFERTAR UN MANDO DE VISUALIZACIÓN A DISTANCIA PORTÁTIL CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR LAS FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DESDE CUALQUIER LUGAR DE A SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
7	55071	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622774 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622774 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DERIVACIÓN DE ECG, GANANCIA 100 LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y CUMPLE LA MISMA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO.



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

8	55072	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622775 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622775 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR PARA EL ANGIOGRAFO, UN UPS DE 100 KVAS, CON UN RESPALDO DE 9 MINUTOS, CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER LA PROPUESTA ECONOMICA, TODA VEZ QUE ESTÁ CAPACIDAD Y TIEMPO ES SUFICIENTE PARA TERMINAR CUALQUIER ESTUDIO EN EL EQUIPO OFERTADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
9	55073	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622776 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622776 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: CON EL FIN DE PODER OFERTAR LA MEJOR TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL HOSPITAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL INYECTOR SOLICITADO REQUIERE ALTO FLUJO VARIABLE SÓLO PARA CONTRASTE Ó ALTO FLUJO VARIABLE PARA CONTRASTE Y SOLUCIÓN SALINA.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULOS
10	55074	MEDIXSA SA DE CV	PREGUNTA 622777 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV.	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 622777 DE LA EMPRESA MEDIXSA SA DE CV. PREGUNTA: CON EL FIN DE PODER OFERTAR LA MEJOR TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL HOSPITAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI LA APLICACIÓN DEL ANGIOGRAFO SERÁ, PARA HEMODINAMIA EN GENERAL Ó HEMODINAMIA GENERAL Y CARDIOLOGÍA, YA QUE DE ESTO DEPENDE LOS CONSUMIBLES A USAR EN EL INYECTOR.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULOS
11	55075	CONDUIT LIFE SA DE CV	PREGUNTA 69, ID 622804, PÁGINA 27 DE 29, DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.	PREGUNTA: DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TUBO DE RAYOS X CON PUNTOS FOCALES DE 0.6 MM Y OTRO DE 1.0 MM , DEBIDO A QUE ESTE PUNTO COMO LO SOLICITA CORRESPONDE AL EQUIPO MARCA SIEMENS, LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO CON LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DICE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA." ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

12	55076	CONDUIT LIFE SA DE CV	PREGUNTA 45, ID 621382, PÁGINA 17 DE 29, DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA: EN EL ENTENDIDO DE QUE LA VIGENCIA INDICADA EN LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ES HASTA LAS 23:59:59 DEL DÍA EN EL QUE SE EMITE; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EMISIÓN DE 2 DÍAS HÁBILES ANTERIORES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA CUAL DEBERA ESTAR VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
13	55077	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	37. ID 621374.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ASEGURE EL LIBRE ACCESO A LA ZONA DE OBRA CIVIL DE SALA DE EXPLORACIÓN, CUARTO DE MÁQUINAS Y CUARTO DE CONTROL DEL ANGIÓGRAFO AL DÍA SIGUIENTE DE LA ADJUDICACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROVEEDOR ASIGNADO TOME CONTROL DE LOS TIEMPOS DE OBRA Y ALCANCES POR FINALIZAR.	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE DE ACUERDO CON EL **ARTÍCULO 33 BIS** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERALES **4.25 INCISO E)** DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL FUNCIONARIO DESIGNADO COMO RESPONSABLES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA Y/O REQUERENTE PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, ES EL DR. JOSE LUIS VAZQUEZ URDIANO, COORDINADOR DE GESTION MEDICA, DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS DEL OOAD REGIONAL COLIMA.-----

POR TRATARSE DE UNA LICITACION ELECTRONICA PARA EFECTOS DE NOTIFICACION AL TERMINO DE ESTE EVENTO LA PRESENTE ACTA, SE PUBLICARA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL **(COMPRANET)** EN LA DIRECCION ELECTRONICA <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>, ASI COMO EN EL TABLERO DE AVISOS DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO EN DOMICILIO YA SEÑALADO, LA CUAL ESTARA DISPONIBLE POR UN LAPSO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES, CONTANDO APARTIR DE CONCLUIDO EL EVENTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.-----

SE **RATIFICA** QUE EL **ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION EN COMENTO, SE LLEVARA A CABO EL DIA **14 DE AGOSTO DE 2024**, A LAS **10:00 HORAS**, A TRAVES DEL COMPRANET Y EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COLONIA ALTA VILLA; C.P. 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, LO ANTERIOR CONFORME A LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.-----

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA; DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES Y DE RESPONSABILIDADES EN COLIMA, ASISTIÓ EL **C.P. SAMUEL PEREZ MEJIA**, JEFE DE GRUPO. -----



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON
CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**

ACTA DE **CIERRE** DE LA **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-T-88-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 45 Y 46 FRACCION II DE SU REGLAMENTO. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DEL EVENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION, SIENDO LAS **18:00 HORAS** DEL DIA **06 DE AGOSTO DE 2024**, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.-----

"POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"

LIC. LUIS GODINEZ CRUZ

ENCARGADO DE LA COORDINACION DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ADEMAS DE LAS FACULTADES OTORGADAS MEDIANTE OFICIO N°. COL/069001050100/OO/606/2024, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, SUSCRITO POR LA TITULAR DEL OOAD REGIONAL COLIMA.

Autorizo

C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NUÑEZ

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Valido

LIC. MARIA GUADALUPE CASTELLANOS RODRIGUEZ

REPRESENTANTE DEL AREA JURIDICA
DEL OOAD REGIONAL COLIMA

C. Víctor Hugo Ramírez Hernández

Reviso

C.P. Rene Cárdenas Sánchez

Elaboro