



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR027-T-20-2025

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **10:00 horas** del día **17 de Enero de 2025**, de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de la **Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 Bis fracción II, tercer y cuarto párrafo, del artículo 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 46 de su Reglamento de la Ley, así como del numeral 3.4 de la Convocatoria al rubro citada.

Este acto fue presidido por la Maestra Agustina Olalde Lastiri, Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260923/271.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto es decir, hasta las **10:00 horas del día 16 de enero de 2025**, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas de conformidad con el Artículo 46 fracción VI del Reglamento de la Ley.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la **Jefatura de Servicios Jurídicos**, por el Representante del Área del **Órgano Interno de Control**, por el representante del **Jefatura de Prestaciones Médicas a través de la Coordinación Biomédica**; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; así mismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo; todos los nombres y firmas de los funcionarios que participan, constan al final de la presente Acta.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que una vez verificado el Sistema Electrónico Información Pública gubernamental denominado CompraNet, y consultando el expediente número **E-2024-00090814** número de procedimiento **P-2024-00105841**, asienta que **se recibieron** en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de conformidad con el **Anexo I de la presente Acta**:-----

SIN TEXTO





1.SUSPENSIÓN

Siendo las **12:00 horas del 22 de enero de 2025**, después de haber concluido las suspensiones de la Junta de Aclaraciones determinada por la Convocante a petición del Área Técnica/Requirente, se reanuda la suspensión determinada, para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.

2. ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

El Área técnica requirente y la Convocante, manifiestan efectuar alguna precisión y/o aclaración a la convocatoria, por lo que, que dado el volumen de la información se adjunta a la letra, como **Anexo Número II**, a la presente acta.

3. CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el **Anexo número III** de la presente acta, de la misma manera se publica en CompraNet 2023, que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por CompraNet 2023 las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; así mismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **Seis (6) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas), recibidas a las **12:00 horas del 23 de enero de 2025**.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Así mismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de Junta de Aclaraciones en CompraNet <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>; para efectos de la notificación y en términos de los artículos 2 fracción II, 37 Bis de la Ley y 49 de su Reglamento, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **17:00 horas del día 22 de Enero de 2025**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de **Anexo I, Anexo II y Anexo III, con un total de 53 hojas útiles por ambos lados.**



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Nombre	Área	Firma
Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	
Maestra Agustina Olalde Lastiri	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Mónica Leticia Pacheco Ríos	Coordinación Biomédica	
Ing. Naomi Omayra Acevedo Mancera	Coordinación Biomédica	
Lic. Cesar Adan Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Firma
Lic. Guillermina Lizbeth Tapia Ramirez	Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades	Oficio de Invitación 119001-1501001/ADQ/01291/2024

SIN TEXTO



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

Anexo I. Licitantes que participan, mediante solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar,

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-T-20-2025

Código del expediente E-2024-00090216	Numero de procedimiento de contratación LA-50-GYR-050GYR027-T-20-2025	Estatus del procedimiento de contratación VIGENTE JA
Código interno del procedimiento P-2024-00105841	Nombre del procedimiento de contratación COMSUMIBLES Y ACCESORIOS EQ. MED. Y TERAPIA DE ALTO FLUJO, HERIDAS PRESION 2025	
Licitantes que han presentado proposición: 0		

Datos Generales Requerimientos **Solicitudes de aclaración** Documentos Expediente Configuración de UI Mapa Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *
17/01/2025 10:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de ComprasNet *
16/01/2025 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	27/12/2024 13:45	27/12/2024 13:47			
2	AKUASUL SA DE CV	03/01/2025 10:44				
3	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	30/12/2024 09:57	14/01/2025 11:07			
4	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	06/01/2025 10:06	07/01/2025 18:00			
5	AZTEC MEDIC SA DE CV	03/01/2025 10:02				
6	BAXTER SA DE CV	27/12/2024 23:43	13/01/2025 13:53			
7	BIOMEDICA KL SA DE CV	13/01/2025 14:31				
8	BIOMEDLURE SA DE CV	06/01/2025 12:25				
9	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	03/01/2025 19:10				
10	BURO BUY S A P I DE CV	09/01/2025 12:10	09/01/2025 12:16			



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
21	DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL SA DE CV	13/01/2025 14:49				
22	DURFA SA DE CV	27/12/2024 13:50				
23	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS SA DE CV	08/01/2025 22:19				
24	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	27/12/2024 11:49				
25	EVM SOLUTIONS SA DE CV	08/01/2025 09:06				
26	FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV	27/12/2024 22:31				
27	FLUKUSSA DE CV	03/01/2025 14:44	09/01/2025 12:13			
28	GABRIEL DELGADO ALONSO	04/01/2025 11:40	04/01/2025 11:40			
29	GERERA NEGOCIOS SA DE CV	03/01/2025 19:37	14/01/2025 14:35			
30	GRUPO BIOMEDICO EMPRESARIAL SA DE CV	02/01/2025 11:41				

« < 1 2 3 4 5 > » 10 ▾

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
31	GRUPO EMEQR SA DE CV	15/01/2025 14:39	15/01/2025 14:43			
32	GRUPO FAX SA DE CV	03/01/2025 11:38	03/01/2025 11:40			
33	GRUPO MORAVI SA DE CV	15/01/2025 13:25	15/01/2025 16:34			
34	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	09/01/2025 16:07	09/01/2025 16:09			
35	IDEA MEDICAL SA DE CV	05/01/2025 19:37	05/01/2025 09:20			
36	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	27/12/2024 12:36	30/12/2024 13:49			
37	INSTUMED PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS DE IRAPUATO SA DE CV	05/01/2025 09:44	14/01/2025 08:53			
38	INSTUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMAS QUIRURGICOS SA DE CV	13/01/2025 17:43	15/01/2025 11:42			
39	INSTUMENTACION MEDICA SA DE CV	08/01/2025 09:05	08/01/2025 09:20			
40	INTEMSURGICAL SA DE CV	09/01/2025 10:53	09/01/2025 10:53			

« < 2 3 4 5 6 > » 10 ▾

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
41	JESUS CONZALEZ RENTERIA	06/01/2025 17:00	06/01/2025 17:01			
42	LAURA PEREZ JUAREZ	08/01/2025 14:44	14/01/2025 12:03			
43	LESI FATIMA CRUCES BENITEZ	08/01/2025 11:31	08/01/2025 11:47			
44	MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ RUIZ	07/01/2025 17:45				
45	MEDIQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	06/01/2025 17:36				
46	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	27/12/2024 13:37	27/12/2024 13:37			
47	PROMEDICA GARCIA SA DE CV	30/12/2024 13:50	14/01/2025 11:39			
48	RADAMES VARGAS ORTEGA	16/01/2025 08:37	16/01/2025 08:38			
49	REPAL Y ASOC	27/12/2024 11:08				
50	SAVATECSAS	14/01/2025 12:37				

« < 2 3 4 5 6 > » 10 ▾





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
51	SECURE INC SA DE CV	09/01/2025 11:51	09/01/2025 11:52			
52	SEDEK & ZAMNA SA DE CV	03/01/2025 11:39				
53	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	27/12/2024 10:36	03/01/2025 17:02			
54	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	13/01/2025 11:35	13/01/2025 12:24			
55	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	06/01/2025 17:23	07/01/2025 12:36			
56	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	03/01/2025 09:19				
57	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	03/01/2025 12:39	06/01/2025 17:51			
58	VICTOR MANUEL MELO SERRANO	03/01/2025 00:27	03/01/2025 09:28			
59	VITER MEDICAL SA DE CV	02/01/2025 09:57	02/01/2025 09:58			
60	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	13/01/2025 02:18	13/01/2025 14:51			

<< < 2 3 4 5 6 > >> 10

No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Numero de Solicitudes
1	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	Si	No	0
2	AKUASUL SA DE CV	No	No	0
3	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	Si	Si	6
4	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	Si	Si	17
5	AZTEC MEDIC SA DE CV	No	No	0
6	BAXTER SA DE CV	Si	Si	15
7	BIOMEDICA KL SA DE CV	No	No	0
8	BIOMEDLUKE SA DE CV	No	No	0
9	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	No	No	0
10	BURO BUY S A P I DE CV	Si	No	0
11	CARDIOPACE SA DE CV	No	No	0
12	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	Si	Si	5
13	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	Si	Si	10
14	COMERCIALIZADORA COFRADIA SA DE CV	Si	Si	2
15	COMERCIALIZADORA MALUALE SAS	No	No	0
16	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	Si	Si	7
17	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	Si	No	0
18	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV	Si	Si	2
19	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	Si	Si	10
20	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	Si	Si	22
21	DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL SA DE CV	No	No	0
22	DURFA SA DE CV	No	No	0
23	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS SA DE CV	No	No	0
24	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	No	No	0
25	EYM SOLUTIONS SA DE CV	No	No	0
26	FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV	No	No	0

Calle Suecia-esquina Lepapa s/n, Col. Los Paraísos, C.P. 37320, León, Guanajuato.
Tel. 477 773 05 80. www.imss.gob.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios

No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
27	FLEXUS SA DE CV	Si	Si	11
28	GABRIEL DELGADO ALONSO	Si	No	0
29	GENERA NEGOCIOS SA DE CV	Si	No	0
30	GRUPO BIOMEDICO EMPRESARIAL SA DE CV	No	No	0
31	GRUPO EMEQUR SA DE CV	Si	Si	1
32	GRUPO FAYX SA DE CV	Si	No	0
33	GRUPO MORAVI SA DE CV	Si	Si	4
34	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	Si	No	0
35	IDEM MEDICAL SA DE CV	Si	No	0
36	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	Si	Si	24
37	INSTRUMED PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS DE IRAPUATO SA DE CV	Si	No	0
38	INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMAS QUIRURGICOS SA DE CV	Si	Si	3
39	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	Si	Si	11
40	INTERSURGICAL SA DE CV	Si	No	0
41	JESUS GONZALEZ RENTERIA	Si	No	0
42	LAURA PEREZ JUAREZ	Si	No	0
43	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	Si	Si	15
44	MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ RUIZ	No	No	0
45	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	No	No	0
46	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	Si	Si	7
47	PROMEDICA GARCIA SA DE CV	Si	Si	2
48	RADAMES VARGAS ORTEGA	Si	Si	13
49	REPAL Y ASOC	No	No	0
50	SAVALTEC SAS	No	No	0
51	SECURE INC SA DE CV	Si	No	0
52	SEDEK & ZAMNA SA DE CV	No	No	0
53	SERVICIO DE INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	Si	Si	10
54	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	Si	Si	2
55	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	Si	Si	3
56	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	No	No	0
57	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	Si	Si	12
58	VICTOR MANUEL MELO SERRANO	Si	No	0
59	VITER MEDICAL SA DE CV	Si	Si	3
60	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	Si	No	0

SIN TEXTO



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCENTRALADA ESTADAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

Anexo II. Aclaraciones Generales a la Convocatoria.

ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA	
Aclaración/Precisión No.1	
1.6 Plazo de entrega del bien.	DEBE DECIR
DICE El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será de acuerdo a la orden de reposición generada posterior a la formalización del contrato de 10 días hábiles, según indique la Orden de reposición o de pedido que se genere tras la formalización de contrato, por lo que deberá mantenerse en comunicación al respecto con la Coordinación de Biomédica a través de los correos: monica.pacheco@imss.gob.mx y naomi.acevedo@imss.gob.mx	DEBE DECIR El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será de acuerdo a la orden de reposición generada posterior a la formalización del contrato de 15 días naturales, según indique la Orden de reposición que se genere tras la formalización de contrato, por lo que deberá mantenerse en comunicación al respecto con la Coordinación de Biomédica a través de los correos: monica.pacheco@imss.gob.mx y naomi.acevedo@imss.gob.mx
Aclaración/Precisión No.2	
1.7 Lugar de entrega.	DEBE DECIR:
DICE: Programa de entregas: Las entregas se llevarán a cabo en el Almacén Delegacional, ubicado en calle Suecia esquina con España sin número, Colonia Los Paraisos, C.P. 37320, León, Guanajuato. En total apego al procedimiento interno de este departamento y con las instrucciones que este le gire al proveedor adjudicado.	DEBE DECIR: Programa de entregas: Las entregas se llevarán a cabo de la siguiente manera, el Licitante entregará los bienes adjudicados en las Unidad Médica y/o en el Almacén Delegacional, mediante generación de la orden de reposición correspondiente, de acuerdo a las necesidades del Instituto. El domicilio del Almacén General se encuentra ubicado en calle Suecia esquina con España sin número, Colonia Los Paraisos, C.P. 37320, León, Guanajuato. La Unidades médicas en las que se podrá entregar serán: H. G. Z. / M.F. No. 21 León, con domicilio en Coral No. 101 Col. San Rafael, León, Gto.; H.G.S.Z. No. 54 Silao, con domicilio en Carretera Silao Guanajuato, Km. 1.5 Silao, Gto.; U.M.A.A. No 55 León, con domicilio en Harold Gabriel Appelt No. 204 colonia León I, León Gto.; H.G.R. No 58 León con domicilio en Blvd. Padre Jorge Vertiz Campero No. 2125 Col. San Miguel De Rentería; León, Gto.; H.G.Z. / M.F. No 2 Irapuato, con domicilio en Av. De La Reforma No. 307, Col. Gámez, Irapuato, Gto.; H.G.Z. / M.F. No. 03 Salamanca, con domicilio en Rubén Darío S/N Esq. Ramón López Velarde, Col. San Pedro; Salamanca, Gto.; H.G.Z. / M.F. No 04 Celaya, con domicilio en Mutualismo S/N Esq. Con Diego Rivera, Zona Centro; Celaya, Gto.; H.G.S.Z. No 10 Guanajuato, con domicilio en Jardín Del Cantador No. 17, Col. Centro; Guanajuato, Gto.
	En caso de las de entrega en unidades médicas específicas se realizará la notificación por escrito al proveedor adjudicado, involucrando a las autoridades necesarias del IMSS Delegacional y de las Unidad Médica. Lo anterior toda vez que se emitan las ordenes de reposición respectiva.

Calle Suecia esquina España s/n, Col. Los Paraisos, C.P. 37320, León, Guanajuato.
Tel. 477 713 05 HD, www.imss.gob.mx



2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

Aclaración/Precisión No. 3

- Para las partidas **136 y 137 SE ADICIONA**, el licitante debe cumplir con :

Partida 136 y 137			
SE ADICIONA:			
526	330	0013	00 01
<p>HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5WW00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A.</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Control manual de temperatura del gas proximal de 31 a 39 °C, en pasos de 1 °C 2. Cinco niveles de control manual del calentador de tubo para graduar el porcentaje de humedad. 3. Reconocimiento automático de circuito. 			

Calle Suecia esquina ~~Carretera~~ m/a. Col. Los Paraisos, C.P. 57229, León, Guanajuato.
Tel. 477 713 95 89, www.ses.gob.mx





GOBIERNO DE
MEXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

Aclaración/Precisión No. 4

**ANEXO XVII
RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
TECNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS**

NOMBRE DEL LICITANTE: _____

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PRESENTADO SI/NO NO APLICA	NUMERAL DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación. ANEXO I	13.1		
Dirección de correo electrónico del licitante ANEXO II	13.2		
Domicilio para recibir notificaciones ANEXO III	13.3		
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP. ANEXO IV	13.4		
Declaración de Integridad ANEXO V	13.5		
Opinión de cumplimiento de obligaciones Fiscales ANEXO VI	13.6		
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ANEXO VII	13.7		
Manifiesto de Nacionalidad ANEXO VIII	13.8		
Convenio de participación conjunta ANEXO IX	13.11		
Identificación oficial vigente ANEXO X	13.12		
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). ANEXO XI	13.13		

Calle Sucesos Señales España s/n, Col. Los Paraisos, C.P. 37229, León, Guanajuato.
Tel. 477 772 89 89, www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCENTRALADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
servicios

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PRESENTADO SI/NO NO APLICA	NUMERAL DE FOLIO EN LA PROPOSTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Opiniones de Cumplimiento ANEXO XII			
Información reservada y confidencial ANEXO XIII	13.14		
Escrito de no conflicto de interés ANEXO XIV	13.16		
Protocolo de Actuación ANEXO XV	23		
Declaración de no Colusión Comisión Federal de Competencia Económica, ANEXO XVI			
Relación de entrega de documentación que debe presentar el licitante. ANEXO XVII	13.17		

PROPUESTA TÉCNICA	NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PRESENTADO (SI/NO/NO APLICA)	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPOSTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Aviso de Funcionamiento del licitante	4. a)		
Carta donde manifieste número de teléfono, correo electrónico y horario de atención a clientes	4. b)		
Certificado vigente del Registro Sanitario por parte de COFEPRIS	4.1		
Certificado vigente de Buenas Prácticas de fabricación	4.1.		
Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario", donde indique TODAS las partidas que oferte	4.1		
Al menos dos de los siguientes Certificados: ISO 9001:2008 o más actual del fabricante, CEE, FDA o ISO 13485	4.1		

Calle Surcubia esquina España s/n. CEE, FDA o ISO 13485
Tel. 477 772 05 89. www.imss.gob.mx





PROPUESTA TÉCNICA	NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PRESENTADO (SI/NO/NO APLICA)	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Carta de apoyo del fabricante en hoja membretada con firmas originales	4.1		
Todos los incisos del a) al f) del caso anterior "En caso de ser fabricante	4.1		
Copia simple de al menos dos de los siguientes documentos de calidad: ISO 13458, CEE y FDA.	4.2		
Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los suministros que deriven de la prestación del servicio serán nuevos y en ningún caso usado	4.2 i)		
Originales o copias fieles (legibles) de folletos, catálogos y/o manuales de los originales del fabricante	4.2 ii)		
El proveedor presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante,	4.4		

PROPUESTA ECONÓMICA	NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA	PRESENTADO (SI/NO/NO APLICA)	NÚMERO DE FOLIO EN LA PROPUESTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO
Propuesta Económica, Anexo XVIII	15		



Aclaración/Precisión No. 4

Anexo 1 Requerimiento.

Se adjunta Requerimiento definitivo, el cual deberá considerarse para su propuesta Técnico-Económica, y el cual forma parte de la Presente Convocatoria.

Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
1	37910305740000	379	103	0574	00	00	BOQUILLA SPIRETTTE PARA ESPIROMETRIA, DESECHABLE, FABRICADA DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, DIMENSIONES: 25 MM DE ALTO X 38 MM DE ANCHO X 140 MM DE PROFUNDIDAD, PESO DE 8 GRAMOS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2050-1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO. CLAVE: 531.361.0171. MARCA: NDD. MODELO: EASYONE, EASY ON-PC, EASYONE PRO, EASYONE PRO LAB.	Cja con 50 pzas		30	12
2	37936041780000	379	360	4178	00	00	FILTRO ELECTROSTATICO PARA ESPIROMETRIA, DESECHABLE, CARCASA DE POLIPROPILENO, MEDIO FILTRANTE FIBRA SINTETICA ELECTROSTATICA DE 200 GR. DIMENSIONES: 92.5 MM DE ALTO, X 96.8 MM DE ANCHO. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 22.041 NDD 2800/22BAUF. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO. CLAVE: 531.361.0171. MARCA: NDD. MODELO: EASY ON-PC.	Caja con 50 pzas		30	12
3	37901738960000	379	017	3896	00	00	ADAPTADOR DE POLIETILENO PARA LA CONEXION DEL FILTRO ELECTROSTATICO Y LABOQUILLA SPIRETTTE PARA ESPIROMETRIA, DIMENSIONES: 30 MM DE DIAMETRO EXTERNO X 150 MM DE ALTURA PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 22.037NDD. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO. CLAVE: 531.361.0171. MARCA: NDD. MODELO: EASYONE, EASY ON-PC, EASYONE PRO, EASYONE PRO LAB.	Caja con 50 pzas		30	12
4	52610200430000	526	102	0043	00	00	CLIP NASAL REUTILIZABLE, CON ASA Y ALMOHADILLAS DE PROTECCION. PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 10.040MM. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESPIROMETROCOMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO. CLAVE: 531.361.0171. MARCA: NDD. MODELO:EASYONE, EASY ON-PC, EASYONE PRO, EASYONE PRO LAB.	pza		300	120
5	37902006730001	379	020	0673	00	01	AGUIJA PARA BIOPSIA DESECHABLE 14 G X 10 CM DE LONGITUD PARA PISTOLA DE CORTEAUTOMATICO PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MN1410. PARA SU USO EN ELEQUIPO:	Pieza	Se requiere UN equipo de Pistola para toma de biopsia Marca:	54	22

Calle Puente española s/n, Col. Los Pinos, C.P. 5725, Leob. Tel. 477 773 23 ext. 400. FAX: 477 773 23 ext. 400.





Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
	37982136370001	379	821	3637	00	01	<p>AMORTIGUADORA (B) ANTESS DE LA MEZCLA CADA 100 ML CONTIENE CALCIO 4 MEQ/L, BICARBONATO 32 MEQ/L MG 1.5 MEQ/L, SODIO 113 MEQ/L GLUCOSA 110 MEQ/L</p> <p>SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL PARA UTILIZARSE EN PACIENTES PARA SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA Y EN OTROS CASOS CUANDO SE REQUIERE LA REMOCION DE LIQUIDOS Y SOLUTOS, COMO EN CASO DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGASS QUE SON DIALIZABLES LA SOLUCION ENTRA EN CONTACTO EN EL TORRENTE DEL PACIENTE BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA</p> <p>AMORTIGUADORA (B) ANTESS DE LA MEZCLA CADA 100 ML CONTIENE CALCIO 3.5 MEQ/L, BICARBONATO 32 MEQ/L MG 1 MEQ/L, SODIO 140 MEQ/L PRESENTACION EMPAQUE 2 BOLSAS DE 5 L. POR PAQUETE NUMERO DE CATALOGO 6054351 PARA SU USO DE EQUIPO MEDICO CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA GAMBRO MODELO PRISMA</p>	paquete de 2 bolsas		300	120
	37956129140001	379	561	2914	00	01	<p>SET PARA FILTRACION DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, QUE CONSISTE DE, UN FILTRO PARA INTERCAMBIO DE PLASMA (PLASMA FILTRO) DE POLIPROPILENO DEFIBRAS HUECAS Y, SUS LINEAS MEDICAS (UNA LINEA PARA LA SOLUCION DE RE-INYECCION, UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA Y UNA LINEA DE POLIVINILO PLASTIFICADO (PVC). DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE EN PACIENTES ADULTOS (QB (FLUJO DE BOMBA DE SANGRE) DE 100 A 400ML/MIN). PRESENTACION: CAJA CON 1 SET. NUMERO DE CATALOGO: TPE2000 107144. PARASU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT).CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX.</p> <p>CIRCUITO EXTRACORPOREO DE PVC INTERCONECTADO. CONTIENE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA,UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DEHEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REMPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO ALPACIENTE, UNA LINEA DE COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO. 4 TRANSDUCTORES DEPRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA AN69 TAMAÑO ST150, UNA BOLSA PARA DRENAJE DELLIQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO POST DIFUCION ESTERIL Y DESECHABLE.</p>	Caja 1 set		10	4
	37920032080001	379	200	3208	00	01	<p>BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO POST DIFUCION ESTERIL Y DESECHABLE.</p>	PZA		14	6



Calle Puente español España s/n, Col. Los Paraisos, C. P. 37229, León, Gto.



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
	37956128980001	379	561	2898	00	01	PRESENTACION: SET. NUMERO DE CATALOGO: 107640 (ST150) PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO(CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: BAXTER. MODELO: PRISMAFLEX. SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, FORMADO POR UNHEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LINEAS, ESTEFILTRO ESTA CONECTADO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), AUNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADA DEL DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE) Y A UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE(BANDA DE COLOR AMARILLO); TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA DESANGRE (BANDA DE COLOR BLANCO) Y UNA LINEA PARA ANTICUAGULANTE (JERINGA). ELSET CONSTA DE: UN HEMOFILTRO FIBROSO/DIALIZADOR HUECO INJERTADO CON HEPARINA, UN CIRCUITO DE TUBERIA, UN CARTUCHO Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS.PRESENTACION: CAJA CON 1 SET Y CHAROLA DE PAPEL ALUMINIO. NUMERO DE CATALOGO:OXIRIS SET 112016. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZORENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX.	Jgo 2 pzas		34	14
10	37910006920001	379	100	0692	00	01	BOLSA DE 1000 ML (1 LITRO), DE POLIETILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES, CON FONDOPLANO, PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON SISTEMA ANTIREFLUJO POR MEDIO DE CANALETAS VERTICALES ALREDEDOR DE LA BOLSA, CON TAPA DE POLIPROPILENOENSAMBADA EN UNA SOLA PIEZA CON AGARRADERA DE EXTRACCION DE 5.8 CM DE ANCHOPOR 3 CM DE LARGO, CON CUATRO PUERTOS, CON SUS CORRESPONDIENTES TAPONESADHERIDOS A LA TAPA, DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION POR MEDIO DEDIBUJOS Y ESCRITO: 1.- PUERTO DE PACIENTE CON TAPA CON CONECTOR DE ANGULO RECTOTIPO MACHO CON ADAPTADOR REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DETUBERIA,DIAMETRO INTERNO DE 7 MM. 2.- PUERTO PARA VACIO DE 10 MM DE DIAMETRO CONVALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO O ESTIRENO QUE INCLUYA 2FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS TRAMPA DE AEROSOLES DE MATERIALABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CONESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD	Caja con 50 pzas		30	12



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
	37910007180001	379	100	0718	00	01	<p>FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA ALLENADO DE LA BOLSA. 3.- PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CONECTOR TIPO MACHO DE CONEXION A PORMEDIO DE FILTRO ADAPTABLE OPCIONAL O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE INACTIVANTE. FECHA DE CADUCIDAD Y FECHA DE FABRICACION GRABADA EN LA TAPA DECADA BOLSA INDIVIDUAL. PRESENTACION: CAJA CON 50 BOLSAS EMPACADAS Y ETIQUETADAS. NUMERO DE CATALOGO: 7H 1004. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE531.081.0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: BEMIS. MODELO:QUICK FIT.</p> <p>BOLSA DE 3000 ML (3 LITROS). DE POLIETILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES; CON FONDOPLANO, PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON SISTEMA ANTIREFLUJO POR MEDIO DE CANALETAS VERTICALES ALREDEDOR DE LA BOLSA, CON TAPA DE POLIPROPILENOENSABLADA EN UNA SOLA PIEZA CON AGARRADERA DE EXTRACCION DE 5.8 CM DE ANCHOPOR 3 CM DE LARGO, CON CUATRO PUERTOS, CON SUS CORRESPONDIENTES TAPONESADEHERIDOS A LA TAPA, DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION POR MEDIO DE DIBUJOS Y ESCRITO: 1.- PUERTO DE PACIENTE CON TAPA CON CONECTOR DE ANGULO RECTOTIPO MACHO CON ADAPTADOR REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DETUBERIA.DIAMETRO INTERNO DE 7 MM. 2.- PUERTO PARA VACIO DE 10 MM DE DIAMETRO CONVALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO O ESTIRENO QUE INCLUYA 2FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS TRAMPA DE AEROSOLES DE MATERIALABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CONESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA ALLENADO DE LA BOLSA. 3.- PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CONECTOR TIPO MACHO DE CONEXION A PORMEDIO DE FILTRO ADAPTABLE OPCIONAL O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE INACTIVANTE. FECHA DE CADUCIDAD Y FECHA DE FABRICACION GRABADA EN LA TAPA DECADA BOLSA INDIVIDUAL. PRESENTACION: CAJA CON 50 BOLSAS EMPACADAS Y ETIQUETADAS. NUMERO DE CATALOGO: 7H 3004. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE531.081.0832</p>	Caja con 50 pzas		30	12

Calle Puebla según España S/n. Col. Los Paraisos, C. P. 57229, León
Tel: 0181-433-0340, 433-0341, 433-0342, 433-0343, 433-0344



[Handwritten signature]



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
11	37956118820000	379	561	1882	00	00	SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: BEMIS. MODELO: QUICK FIT. SET (PAQUETE DE CONSUMIBLES CONTENIDO EN 3 CAJAS) DE CONSUMIBLES PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACION CONTIENE: 20 CARTUCHOS STERRAD 100NX. 30 INDICADORES BIOLÓGICOS. 1,000 TIRAS DE INDICADOR QUÍMICO. 6 ROLLOS DE CINTA TESTIGO. 250 ENVOLTURAS DE POLIPROPILENO KC200. EMPAQUES DE TYVEK 4057B EN ROLLOS Y BOLSAS MEDIDAS: 1 DE 100 MM X 70 MTS. 1 DE 150 MM X 70 MTS., 1 ROLLO DE 200 MM X 70 MTS., 1 ROLLO DE 250 MM X 70 MTS. 500 BOLSAS DE 200 X 400 MM, 500 BOLSAS DE 150 X 320 MM. 1 ROLLO DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA. 10 CAJAS COLECTORAS DE CASSETTES. PRESENTACION: PAQUETE CON 3 CAJAS. NUMERO DE CATALOGO: ASPKIT29. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.385.1031 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. MARCA: JOHNSON & JOHNSON / ASP. MODELO: STERRAD 100NX.	Kit		62	25
	37956118740000	379	561	1874	00	00	SET (PAQUETE DE CONSUMIBLES CONTENIDO EN 3 CAJAS) PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACION CONTIENE: 20 CASSETTES PARA STERRAD 100S. 30 INDICADORES BIOLÓGICOS. 1,000 TIRAS DE INDICADOR QUÍMICO. 6 ROLLOS DE CINTA TESTIGO. EMPAQUES DE TYVEK 4057B EN ROLLOS Y BOLSAS MEDIDAS: 1 ROLLO DE 100 MM X 70 MTS., 1 ROLLO DE 150 MM X 70 MTS., 1 ROLLO DE 200 MM X 70 MTS., 1 ROLLO DE 250 MM X 70 MTS. 500 BOLSAS DE 200 X 400 MM. 500 BOLSAS DE 150 X 320 MM. 250 ENVOLTURAS DE POLIPROPILENO KC200 40 X 40 PULGADAS. 2 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA, 3 CAJAS COLECTORAS, 3 PLATOS DEFLECTORES, 1 CARTUCHO DE CINTA DE IMPRESION. PRESENTACION: PAQUETE CON 3 CAJAS. NUMERO DE CATALOGO: ASPKIT16. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.385.1031 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. MARCA: JOHNSON & JOHNSON / ASP. MODELO: STERRAD 100S.	Kit		12	5
12	37956109000001	379	561	0900	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBO DE PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS. TODOS INTERCONECTADOS. DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR. 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD ALO	PIEZA		96	38



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima	
							LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MASCORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2. CON UN TRAC PAD DE SILICON ENUNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES. 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHODE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMOOPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: M6275052. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPOPARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.					
	37937504270002	379	375	0427	00	02	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. ULTA. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000ML, CON GRADUACIONES CADA 100 ML EN LA COSTILLA DEL ASA. DICHO DISPOSITIVOCONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DEGELIFICAR EL EXUDADO. SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO TRAC QUE CONSTA DE 1 LUMENCENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOSQUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DELTRAC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275093. PARA SU USO EN EQUIPOMEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIONNEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ULTA	PIEZA		56	22	
	37937505000001	379	375	0500	00	01	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. ATS. RECOLECTOR GRADUADO DECLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA. DICHO DISPOSITIVO CONTIENEUN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO. SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO TRAC QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION	PIEZA		43	17	

Paola Patricia Espinoza Piza, Col. Los Paraisos, C.P. 57120, León



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
	37956114110001	379	561	1411	00	01	DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DETERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL TRAC.PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275063. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA MARCA: VAC. MODELO: ATS. UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO PARA ABDOMEN ABIERTO, ABTHERA TM SENSE T.R.A.C.TM; CONSTA DE UNA CAPA PROTECTORA VISCERAL (VPL), CAPA DE CONTACTO ELABORADA ABASE DE DOS PELICULAS DE POLIURETANO FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA CON UNESPESOR DE 160 MICRONES DE FORMA OVAL DE DIMENSIONES DE 665 A 802 MM Y UNAESPONJA ENCAPSULADA CON UN GROSOR DE 10 MM. EN FORMA DE ESTRELLA ESTERIL LIBRE DE LATEX. DOS PIEZAS DE ESPUMA PERFORADAS, LAS CUALES ESTAN HECHAS ABASE DE ESPUMA DE CELULOSA ABIERTA DE POLIURETANO DE FORMA OVAL, EL TAMANO DELPORO ES DE 500 A 600 MICRAS. CUATRO APOSITOS ADHESIVOS, CUENTAN CON UNAPELICULA DE APOYO Y RECUBRIMIENTO DE LIBERACION, ELABORADA DE POLIETILENO YUNA PELICULA PORTADORA DE ADHESIVO DE ACRILICO NO SENSIBILIZANTE, RECUBIERTODE POLIURETANO UN T.R.A.C. THERAPEUTIC REGULATED ACCURATE CARE, UNMICROPROCESADOR AVANZADO DE CONTROL DE PRESION, QUE JUNTO CON UN TUBOMULTILUMEN AYUDA A ASEGURAR LA PRECISION DEL SISTEMA V.A.C. KIT COMPATIBLE CONUNIDAD DE TERAPIA ATS, INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: M62750261. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS. ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) PARA TERAPIA VAC, DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON, COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275034. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARATERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS. FRESA CORTANTE REDONDA 1.5MM PARA USO CON GUARDA 7020-011. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-123. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055.	PIEZA		16	6
	37932801440001	379	328	0144	00	01	ESFONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) PARA TERAPIA VAC, DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON, COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275034. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARATERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.	PIEZA		24	10
13	37937944580001	379	379	4458	00	01	FRESA CORTANTE REDONDA 1.5MM PARA USO CON GUARDA 7020-011. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-123. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055.	Pieza		50	20





Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
							MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.				
	37937951090001	379	379	5109	00	01	FRESA DIAMANTADA 4MM PARA USO CON GUARDA 7020-011. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-164. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.	Pieza		10	4
	37937951820001	379	379	5182	00	01	FRESA DIAMANTADA 5MM PARA USO CON GUARDA 7020-011. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-165. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.	Pieza		20	8
	37937946560001	379	379	4656	00	01	FRESA CORTANTE REDONDA 4MM PARA USO CON GUARDA 7020-010. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-027. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.	Pieza		20	8
	37937947060001	379	379	4706	00	01	FRESA CORTANTE REDONDA 5MM PARA USO CON GUARDA 7020-010. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-028. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.	Pieza		20	8
	37941100270001	379	411	0027	00	01	GUARDA COLOR COBRE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7020-017. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537 260 0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: HALLSURGICAL. MODELO: 7020-001.	Pieza		2	1
	37941100350001	379	411	0035	00	01	GUARDA COLOR NEGRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7020-017. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537 260 0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: HALLSURGICAL. MODELO: 7020-001.	Pieza		2	1
14	37925204250000	379	252	0425	00	00	CUBIERTA DESECHABLE PARA SENSOR DE TEMPERATURA SURE TEMP PLUS PRESENTACION: CAJA CON 40 CAJAS CON 25 PIEZAS CADA UNA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 05031-110. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCHALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	Cja con 40 cjas		15	6
15	52607008430000	526	070	0843	00	00	BRAZALETE PARA PANI PEDIATRICO MEDIDA: 15-21 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXIPOINT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO. LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-09. PARA SU	Pieza		20	8





Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
16	52607008840000	526	070	0884	00	00	USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. BRAZALETE PARA PANI ADULTO OBESO MEDIDA: 32-43 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXPORIT) REUTILIZABLE; CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CÁMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-12. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	Pieza		30	12
17	52611702280000	526	117	0228	00	00	CONECTOR TIPO FLEXPORIT DOBLE DE MANGUERA A BRAZALETE CON SISTEMA DE CONEXION A PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 2-MQ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	Pieza		50	20
18	52651806780000	526	518	0678	00	00	MANGUERA PARA PANI PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATICO/OBESO, DE 2 VIAS, DE 3 M. DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 4500-31. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	Pieza		20	8
19	52608026640000	526	080	2664	00	00	CABLE TRONCAL PARA SPO2, DE 3 METROS DE LONGITUD, CON TECNOLOGIA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: DOC-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI.	Pieza		35	14
20	52676616830000	526	766	1683	00	00	SENSOR PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO, > 40 KG, DURASENSOR, CON TECNOLOGIA NELLCOR OXIMAX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: DSA-100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM.	Pieza		50	20
21	37970400560001	379	704	0056	00	01	PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO. PRESENTACION: CAJA (100 PIEZAS). NUMERO DE CATALOGO: 410-2000. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIURGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/1000 SES.	Cja con 100 pzas		15	6
22	37944304740000	379	443	0474	00	00	LAPIZ REUTILIZABLE CON BOTONES PARA EL CONTROL DE LA POTENCIA DE CORTE Y COAGULACION, CON CABLE DE 3M LONGITUD PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: HD01-	Pieza	Entrada alemana tipo Plug	2000	800



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	Presentación	Precisión técnica	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
23	37970400310101	379	704	0031	01	01	02R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: ZERONE. MODELO: ZEUS - 200/300/400. PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0136-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0136-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. LAPIZ CON CONTROL DE MANO REUSABLE, HOJA ESTANDAR, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO "GOLDENLINE®". HOJA DESECHABLE DE 1", CABLE DE 10" (3.05M), 20 USOS. CAJA (10 PIEZAS). PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 130316. PARA USO EN EL	Pieza		40	16
24	37970400230101	379	704	0023	01	01	PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0116. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. EQUIPO PORTATIL. MARCA: ALSA. MODELO: EXCELL 350.	Caja 10 piezas	Entrada internacional 3 pines	100	40
25	37944300940001	379	443	0094	00	01	ADAPTADOR ABC@ COAXIAL BIPOLAR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 133001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.	Pieza	Reusable, tamaño adulto. Entrada tipo Plug	100	40
26	37970401140001	379	704	0114	00	01	CABLE DE SILICONA BIPOLAR, LONGITUD: 3 METROS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CB462. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON 400 HP.	Pieza		30	12
27	37901728640001	379	017	2864	00	01	CABLE CON ELECTRODOS AUTOADHESIVOS "DURA STICK" CONECTOR CANAL 1. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-27312. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT.	Pieza		40	16
28	37915684660001	379	156	8466	00	01	ESPONJA DE VISCOSA 4 X 6CM. PRESENTACION: PAQ. DE 2. NUMERO DE CATALOGO: C-79969. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01. ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL. SIN SISTEMA DE	Pieza		30	12
29	37915676410001	379	156	7641	00	01					
30	37932800520001	379	328	0052	00	01		Pqt con 2 pzas		100	40





Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad Máxima	Cantidad mínima
31	37930442840001	379	304	4284	00	01	VACIO. MARCA: ELECTRODO DE COPA DE ORO PEDIATRICO DE 6MM REUSABLE DE 1.5 M. PRESENTACION: PAQUETE CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 019-772600. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.925.0022.01.01ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES. MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: NICOLETONE PAPEL TERMOSENSIBLE CUADRICULADO EN ROLLO 210 MM DE ANCHO. PRESENTACION: PIEZA (25 METROS). NUMERO DE CATALOGO: C008.106V100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. GEL CONDUCTOR. PRESENTACION: LITRO. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531.292.0019 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. MARCA: HUNTLEIGH. MODELO: FD1. GEL PARA ULTRASONIDO. PRESENTACION: GALON. NUMERO DE CATALOGO: NDC-36-1000-04. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.924.0031 ULTRASONOGRAFO. MARCA: PHILIPS. MODELO: IMAGE POINT. HOJA PARA DERMATOMO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3539-252. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.283.0200 DERMATOMO STRYKER. MARCA: PADGET. MODELO: B. PILA RECARGABLE PARA LARINGOSCOPIO 72000. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 72000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.588.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: 60713 CONECTOR TIPO COLA DE RATON DESECHABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2555 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO MARCA: DRAGER MODELO SAVINA JUEGO DE JERINGAS PARA INYECCION DE MATERIAL DE CONTRASTE Y SOLUCIONES, ESPECIFICO PARA INYECTOR MARCA MEDRAD MODELO STELLANT DUAL: EMPAQUE QUE CONTIENE 2 JERINGAS, 1 TUBO DE LLENADO Y 1 TUBO CONECTOR DE BAJA PRESION ESTERILES Y DESECHABLES. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: SDS-TP-QFT. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.254.0049 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES. MARCA: GENERAL	Pqt con 12 pzas		15	6
32	37968121330001	379	681	2133	00	01		Pieza (25m)		500	200
33	37901800400001	379	018	0040	00	01		Fco. 1 litro		60	24
34	379018000650001	379	018	0065	00	01		Gal		55	22
35	37944005430001	379	440	0543	00	01		Pieza		50	20
36	37969601710001	379	696	0171	00	01		Pieza		10	4
37	37922204140001	379	222	0414	00	01		Pieza		500	200
38	37943704490001	379	437	0449	00	01		Juego		50	20



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
39	37969601890001	379	696	0189	00	01	ELECTRIC. MODELO: BRIGHTSPEED. PILA ALCALINA DE CLORURO DE TONILO (LI-SOCL2), TIPO "AA", 3.6V. PRESENTACION: PAQUETE CON 4 PIEZAS; NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO; REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CLAVE: 533.786.0034. MARCA: CELULA DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 00M102. PARA SU USO EN EL EQUIPO; CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS/BIRD. MODELO: VELA.	Pqt con 4 pzas		10	4
40	37918700110001	379	187	0011	00	01	JUEGO PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS "WILSON / COOK". NUMERO DE BANDAS: 10. DIAMETRO EXTERIOR DE ENDOSCOPIO: 9.5- 11.0 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MBL-6. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.447.0120	Pieza		50	20
41	37956111970001	379	561	1197	00	01	BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: AA, DE: 1.5 VOLTS. PRESENTACION: PAQUETE CON 6 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC / STEREN.	Pieza		40	16
42	37909505580000	379	095	0558	00	00	BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: AAA, DE: 1.5 VOLTS. PRESENTACION: PAQUETE CON 6 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC / STEREN.	Pqt 6 pzas		400	160
43	37909505660000	379	095	0566	00	00	CARGADOR INTELIGENTE DE NICD Y NIMH BATERIAS RECARGABLES DEL TAMAÑO MICRO (AA) Y MIGNON (AAA) PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G000.078. PARA SU USO EN EL EQUIPO; SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO Y AMBULATORIO. CLAVE: 531.327.0232. MARCA: BTL. MODELO: BTL-08 HOLTEN H600.	Pqt 6 pzas		400	160
44	37909505820000	379	095	0582	00	00	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG PEDIATRICO. PRESENTACION: PAQ. C/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 250075. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO; CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR	Pieza		200	80
45	52609001790001	526	090	0179	00	01	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG ADULTO. PRESENTACION: PAQ. C/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 250074. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO; CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: 3M.	Pieza		30	12
46	37930439300001	379	304	3930	00	01	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG ADULTO. PRESENTACION: PAQ. C/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 250074. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO; CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: 3M.	Pqt con 50 pzas		300	120
47	37930439220001	379	304	3922	00	01	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG ADULTO. PRESENTACION: PAQ. C/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 250074. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO; CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: 3M.	Pqt con 50 pzas		500	200



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
							MODELO: ADULTO.				
48	37915695890000	379	156	9589	00	00	CABLE DE ECG PARA PACIENTE, DE 10 PUNTAS TIPO BANANA (IEC). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 63050025. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: ECG200S.	Pieza		10	4
49	37980828260001	379	808	2826	00	01	SENSOR DE OXIGENO PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850645. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER MODELO: NARKOMED.	Pieza		20	8
50	37970010900001	379	700	1090	00	01	PINZA PARA DERIVACION DE EXTREMIDADES, AHA. PRESENTACION: PAQUETE CON 4. NUMERO DE CATALOGO: 401432. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.168.0069.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CP200.	Pqt con 4 piezas		15	6
51	37968400270001	379	684	0027	00	01	PERILLAS PRECORDIALES PEDIATRICAS. PRESENTACION: BOLSA DE UN SET DE 6 NUMERO DE CATALOGO: NACIE174. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS.	Bsa con 6 piezas		10	4
52	52654000270001	526	540	0027	00	01	PIEZA EN T. PERMITE CONECTAR EL TUBO DE MUESTREO Y EL FILTRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8600224. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: VAMOS.	Pieza		200	80
53	37915678720001	379	156	7872	00	01	CABLE COMPLETO PARA ECG DE 10 DERIVACIONES. CON TERMINALES TIPO BANANA Y 2 MTS DE LARGO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: C008.108. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: BTL. MODELO: BTL-08LC.	Pieza		10	4
54	37918500960001	379	185	0096	00	01	CASSETTE PARA INCLUSION DE TEJIDOS CON TAPA. MATERIAL ACETAL POLIMERO DE ALTADENSIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 500 UNIDADES. NUMERO DE CATALOGO: 03944010. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 533.819.0555 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. MARCA: LEICA. MODELO: EG 1160.	Cja con 500 unidades		5	2
55	37968300850001	379	683	0085	00	01	PASTA CONDUCTORA TEN20. PRESENTACION: TARRO 4 OZ. NUMERO DE CATALOGO: 122-736000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0164 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 16 CANALES. MARCA:	Tarr 4 oz		20	8



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
56	37917120230002	379	171	2023	00	02	NICOLET. MODELO: BRAVO. CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO "2", CALIBRE: 13 FR. PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 1250 - 2000 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DECATALOGO: HUDSON RCI - 1692. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980. VENTILADOR ADULTO- PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: SMART. MODELO: SMARTMD.	Juego		50	20
57	37917120150002	379	171	2015	00	02	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO "1", CALIBRE: 12 FR. PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 700 - 1250 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADO	Juego		100	40
58	37930442190001	379	304	4219	00	01	ELECTRODO COPA DE ORO DE 10 MM REUSABLE DE 1.5 M. PRESENTACION: PAQUETE CON 12PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 019-413900. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.925.0022.01.01 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES. MARCA: NICOLET / VIASYSHEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: NICOLETONE.	Paquete 12 piezas		10	4
59	37938500450001	379	385	0045	00	01	FUNDA ESTERILIZADA PARA EL MICROSCOPIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 190 303. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.626.0024.02.01 MICROSCOPIO PARA NEUROCIROLOGIA. MARCA: MOLLER WEDEL. MODELO: HR 700.	Pieza		20	8
60	37968115720001	379	681	1572	00	01	PAPEL PARA ELECTRO MARCA SCHILLER AT-101. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PARTE NUMERO 2157026. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: SCHILLER. MODELO: AT-1	Pieza		30	12
61	37908304200000	379	083	0420	00	00	BALON (BAKRI) DE SILICON DE 24 FR. DE 54CM DE LONGITUD. EXTREMO PROXIMAL PARA DRENAJE Y GLOBO CON DISEÑO ANATOMICO PARA CAVIDAD UTERINA, CAPACIDAD 500 ML. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COOK MEDICAL J-SOSR-100500. PARA SU USO EN EL EQUIPO: SISTEMA DE ABLACION ENDOMETRIAL A TRAVES DE ENERGIA TERMICA. CLAVE: 531.500.0553. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.	Pieza		100	40
62	37915676580001	379	156	7658	00	01	CABLE CON ELECTRODOS AUTOADHESIVOS "DURA STICK" CONECTOR CANAL 3. PRESENTACION: PIEZA.	Pieza		10	4

TEL. 477 773 05 RD. FAX 3399 800 RD



[Handwritten signature]



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
63	37902002770001	379	020	0277	00	01	NUMERO DE CATALOGO: C-27314. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT. AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE DE 25MM. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF25-TP. PARA USO EN EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.	Caja con 48 piezas		8	3
64	37902002850001	379	020	0285	00	01	AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE DE 37MM. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF37-TP. PARA USO EN EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.	Caja con 48 piezas		8	3
65	37930435750001	379	304	3575	00	01	ELECTRODO AUTO ADHERIBLE CUADRADO 5 X 5CM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DECATALOGO: C-42041. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: STIM 240.	Ptq 4 pzas		50	20
66	37902003010001	379	020	0301	00	01	AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE DE 75MM. PRESENTACION: CAJA CON 24 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMG75-TP. PARA USO EN EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.	Caja con 24 pzas		10	4
67	37909505740000	379	095	0574	00	00	BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: C. DE: 1.5 VOLTS. PRESENTACION: PAQUETE CON 6 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC / STEREN.	Pqt 6 pzas		20	8
68	52651804390001	526	518	0439	00	01	MANGUERA CORRUGADA NEGRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: AVS PR 002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA SP2.	Pieza	Deberá ofertar manguera corrugada para maquinas de anestesia	20	8
69	37940701140001	379	407	0114	00	01	GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADOR CON GRAFICAS Y PLUMILLA. REGISTRO DE TEMPERATURAS A SU ELECCION EN LAPSO DE 6 A 24 HORAS 7 DIAS SEGUN NECESIDADES. PRESENTACION: CAJA CON 1	Caja con 1 pieza		20	8



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Calle Puerta Esquinas España s/n. Col. Las Palmas, C.P. 57120, Ixcán



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
77	37915637230001	379	156	3723	00	01	TAMAÑO "M" MEDIANO, CON VALVULA DE NO REINALACION E INCLUYE PERA BOMBILLA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MP01571. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CABLE DE PACIENTE DE 3 DERIVACIONES PARA REGISTRO ELECTROCARDIOGRAFICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BC-753V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.172.0014 DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHONKODHEN. MODELO: TEC-7531K.	Pieza		10	4
78	37936024460001	379	360	2446	00	01	FILTRO BACTERIANO TIPO HEPA. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: F911011 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO. MARCA: MEDICA D. MODELO: SMART.	Pieza		200	80
79	37936035270001	379	360	3527	00	01	FILTRO HMEF ADULTO-PEDIATRICO DESECHABLE PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 2799663. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: HAMILTON. MODELO: C1.	Pieza		600	240
80	37962500780001	379	625	0078	00	01	MICRONEBULIZADOR SENCILLO CON MASCARILLA PEDIATRICA DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1886. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHAMIE.	Pieza		1,500	600
81	37978200100001	379	782	0010	00	01	RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE CON MANOMETRO Y VALVULA PEEP. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056028. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.	Pieza		400	160
82	52674000170001	526	740	0017	00	01	RESUCITADOR AUTOCALVABLE ADULTO PRESENTACION: JGO. NUMERO DE CATALOGO: W44525. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: MERLIN MEDICAL. MODELO: AUTO CLAVABLE.	Pieza		1000	400
83	37978200280001	379	782	0028	00	01	RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA RESUCITADOR PEDIATRICO DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO.	Pieza		250	100
84	37978200360001	379	782	0036	00	01	RESUCITADOR PEDIATRICO DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO.	Pieza		180	72



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
85	37920016570002	379	200	1657	00	02	MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056110. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA PARA PACIENTE PEDIATRICO VENTSTAR ANESTHESIA (P) SIN LUERLOCK. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00331 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/MARKMED.	Caja con 25 pzas		10	4
86	37920034480001	379	200	3448	00	01	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL, CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS (INSPIRATORIA Y EXHALATORIA) DE MATERIAL EVAQUA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION, LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: RT265. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	Caja con 10 piezas		12	5
87	37962500860001	379	625	0086	00	01	MICRONEBULIZADOR SENCILLO PARA ADULTO CON MASCARILLA Y TUBO DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1885. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA FRASCO HUMIDIFICADOR DE PLASTICO REHUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COD: 4704/MOD: INFRA-300-IP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: INFRA/PURITAN. MODELO: 40057/FM-03UO - 4772/PF-111-51.	Pieza		3,000	1,200
88	37937504500001	379	375	0450	00	01	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE TRASLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: HT600045. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0279 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: NEWPORT. MODELO: HT50.	Pieza	Con conector TIPO ARAMED DE 3/8	50	20
89	37920009980001	379	200	0998	00	01	DIAFRAGMA PARA VALVULA EXHALATORIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 50000-03059. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DEPRESION POSITIVA AUTOMATICO. MARCA: BEAR CUB. MODELO: 750 PSV.	Pieza	Se requiere circuito para modelo HT 70 de Newport	300	120
90	37928301880001	379	283	0188	00	01	AJUSTADOR TIPO "CLIP" NASAL DE PLASTICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 892120. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.700.0106 PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO MARCA: VIASYS HEALTHCARE MODELO: MASTERSCREEN PFT	Pieza		10	4
91	37902500250001	379	025	0025	00	01		Pieza		100	40

Calle Suarez Espina España s/n, Col. Los Paraisos, C.P. 37220, León, Guanajuato.
TEL. 477 713 05 89, www.imss.gob.mx





Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima		
92	52604000550001	526	040	0055	00	01	AUDIFONOS CON DIADEMA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TDH39. PARA SU USO EN EL EQUIPO: AUDIOMETRO AUTOMATICO. CLAVE: 531.088.0108. MARCA: MADSEN GN-OTOMETRICS. MODELO: ITERA II.	Pieza		10	4		
93	53570112030101	535	701	1203	01	01	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL. LONGITUD DE 240 A 260 MM. ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. DESCRIPCION: AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OLIVAS FABRICADAS EN SILICON O GOMA CON ROSCA METALICA. CON TUBO BINAURAL FLEXIBLE DE UN LARGO TOTAL DE 60 CM. LIBRE DE LATEX. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN ZINC CROMADO O ACERO INOXIDABLE. CAPSULA GRANDE CON DIAMETRO MINIMO DE 4.8 CM. CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA. ANILLOS DE PROTECCION CONTRA EL FRIO ESPECIALMENTE PLANOS Y SUAVES. PESO MAXIMO DEL ESTETOSCOPIO 115 GRAMOS. PARA ACOMODAR FACILMENTE EN LA BATA O ALREDEDOR DEL CUELLO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: UN (1) PAR DE OLIVAS FABRICADAS EN SILICON O GOMA CON ROSCA METALICA. INSTALACION: NO REQUIERE. ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. DESCRIPCION: CARATULA CON ESCALA GRADUADA CON SEGURIDAD DE SOBREPRESION. BRAZALETES REUSABLES: CON CIERRE TIPO VELCRO. BOLSAS DE INSUFILACION LIBRES DE LATEX. LAVABLES. TAMAÑOS: UN (1) BRAZALETE ADULTO CON RANGO MINIMO DE 29 A 42 CM. UN (1) BRAZALETE PEDIATRICO CON RANGO MINIMO DE 20 A 29 CM. UNA (1) PERILLA DE INSUFILACION CON: VALVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA FUGA DE AIRE. CONECTOR CONICO. VALVULA GIRATORIA DE DESINFLADO. CUCHARA ADAPTABLE PARA DIESTROS Y ZURDOS. ACCESORIOS: ESTUCHE PORTA EQUIPO CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE.	Pieza					
94	53137501260301	531	375	0126	03	01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. DESCRIPCION: AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OLIVAS FABRICADAS EN SILICON O GOMA CON ROSCA METALICA. CON TUBO BINAURAL FLEXIBLE DE UN LARGO TOTAL DE 60 CM. LIBRE DE LATEX. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN ZINC CROMADO O ACERO INOXIDABLE. CAPSULA GRANDE CON DIAMETRO MINIMO DE 4.8 CM. CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA. ANILLOS DE PROTECCION CONTRA EL FRIO ESPECIALMENTE PLANOS Y SUAVES. PESO MAXIMO DEL ESTETOSCOPIO 115 GRAMOS. PARA ACOMODAR FACILMENTE EN LA BATA O ALREDEDOR DEL CUELLO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: UN (1) PAR DE OLIVAS FABRICADAS EN SILICON O GOMA CON ROSCA METALICA. INSTALACION: NO REQUIERE. ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. DESCRIPCION: CARATULA CON ESCALA GRADUADA CON SEGURIDAD DE SOBREPRESION. BRAZALETES REUSABLES: CON CIERRE TIPO VELCRO. BOLSAS DE INSUFILACION LIBRES DE LATEX. LAVABLES. TAMAÑOS: UN (1) BRAZALETE ADULTO CON RANGO MINIMO DE 29 A 42 CM. UN (1) BRAZALETE PEDIATRICO CON RANGO MINIMO DE 20 A 29 CM. UNA (1) PERILLA DE INSUFILACION CON: VALVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA FUGA DE AIRE. CONECTOR CONICO. VALVULA GIRATORIA DE DESINFLADO. CUCHARA ADAPTABLE PARA DIESTROS Y ZURDOS. ACCESORIOS: ESTUCHE PORTA EQUIPO CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE.	Pieza		200	80		
95	53111603690301	531	116	0369	03	01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO.	Pieza	Se adjunta cédula de descripción de artículo	150	60		
96	53129511620401	531	295	1162	04	01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO.	Pieza	Se adjunta cédula de descripción de artículo	20	8		
97	53129511880301	531	295	1188	03	01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO.	Pieza	Se adjunta cédula de descripción de artículo	50	20		



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
98	53160100560301	531	601	0056	03	01	MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, TIPO ARNES CON CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5 MM DE PLOMO, TAMANO MEDIANO 24 A 26 PULGADAS DE ANCHO Y DE 35 A 36 PULGADAS DE LARGO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION, MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	Pieza	descripción de artículo	60	24
99	37932400010000	379	324	0001	00	00	ESTABILIZADOR PARA Sonda FOLEY QUE CONSISTE EN UNA ALMOHADILLA SUJETADORA CON ADHESIVO SIN LATEX Y UN SISTEMA PARA LA FIJACION DE LA Sonda A TRAVES DE UN BROCHE DE PLASTICO UNA ABRAZADERA O CINTAS DE SUJECION DESECHABLE PRESENTACION PIEZAS MARCAS COMPATIBLES VARIAS PARA SU EN EL INSUMO CHAROLA DE FOLEY SISTEMA CERRADO CLAVE 060.172.0055. MARCA VARIAS. MODELO VARIOS.	Pieza		50	20
100	37989600010100	379	896	0001	01	00	TOALLITAS ANTISEPTICAS IMPREGNADAS CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% EMPACADAS EN SOBRE INDIVIDUAL DESECHABLES MEDIDAS 3 CM X 6.5 CM PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS MARCAS COMPATIBLES VARIAS PARA SU USO EN EL INSUMO CATETERES PARA VENOCULISIS CLAVE 060.168.6603 MARCA VARIAS. MODELO VARIOS.	Caja con 100 piezas		50	20
101	37982300060000	379	823	0006	00	00	SOLUCION DE CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.12% ENJUAGE BUCAL 120 ML. PRESENTACION PIEZA MARCAS COMPATIBLES VARIAS PARA SU USO EN EL INSUMO TUBOS ENDOTRAQUEALES CLAVE 060.168.2529 MARCA VARIAS. MODELO VARIOS.	Pieza 120 ml		50	20
102	37982300060100	379	823	0006	01	00	SOLUCION DE CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.12% ENJUAGE BUCAL 500 ML. PRESENTACION PIEZA MARCAS COMPATIBLES VARIAS PARA SU USO EN EL INSUMO TUBOS ENDOTRAQUEALES CLAVE 060.168.2529 MARCA VARIAS. MODELO VARIOS.	Pieza 500 ml		50	20
103	52687500150000	526	875	0015	00	00	MANOMETRO DE PRESION PARA NEUMOTAPONADOR COMPATIBLE CON TUBOS ENDOTRAQUEALES Y/O MASCARILLAS LARINGEAS Y/O CANULAS DE TRAGUEOSTOMIA PARA MEDIR LA PRESION EN CENTIMETROS DE AGUA (CM H2O) PRESENTACION PIEZA MARCAS COMPATIBLES VARIAS PARA SU USO EN EL INSUMO DE TUBOS ENDOTRAQUEALES CLAVE	Pieza		65	26

CALLE FUERZA ARMADA ESPERA S/N. COL. LOS PARQUESES. C.P. 37129. ICAO.
TEL. 477 773 05 NO. FAX. 477 773 05





Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima	
104	53156800570301	531	568	0057	03	01	060.168.2529 MARCA VARIAS MODELO VARIOS LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INTUBACION ENDOTRAQUEAL. MANGO (INDICAR MARCA Y MODELO); METALICO, ANTICORROSIVO Y DE ACABADO MOLETEADO. COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS. CON ILUMINACION XENON HALOGENA O LED DE 2.5 VOLTS COMO MINIMO (INDICAR NUMERO DE PARTE), ALIMENTACION POR BATERIAS ALCALINAS COMPATIBLES CON EL MANGO, TIPO C, TIPO D O TIPO AA. HOJAS HECHAS DE ACERO INOXIDABLE CON FIBRA OPTICA: TIPO MACINTOSH (CURVA SIN ARISTAS NI ANGULOS), TAMAÑOS: NEONATAL, 0 PEDIATRICO, 1, 2ADULTOS, 3, 4 O 5TIPO MILLER (RECTA), TAMAÑOS: NEONATAL 00, 0 PEDIATRICO, 1, 2 ADULTOS, 3, 4 O 5. ACCESORIOS: ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS. CONSUMIBLES: LAMPARA DE REPUESTO EN EL CASO DE OFERTAR TECNOLOGIA XENON HALOGENA (INDICAR NUMERO DE PARTE), AL MENOS DOS JUEGOS DE BATERIAS ALCALINAS COMPATIBLES CON EL MANGO. INSTALACION: NO REQUIERE.	JUEGO	Deberá ofertar LARINGOSCOPIO O ANTIMAGNETICO	1	1	
105	37930468420001	379	304	6842	00	01	ELECTRODO DE SUPERFICIE, LONGITUD 2.3M BANDA AJUSTABLE PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: H638 (NM-315S). PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. CLAVE: 531.333.0317. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: MEB-9400K.	Pieza	SURFACE ELECTRODE NM-315S	4	2	
106	37964301260001	379	643	0126	00	01	NEBULIZADOR DESECHABLE DE ALTO VOLUMEN CONCENTRACION VARIABLE MCA PARA ADULTO. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 1770. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: INFRAPURITAN MODELO: 401358/O	Pieza		80	32	
107	37982700900001	379	827	0090	00	01	SUJETADOR PARA CANULA ENDOTRAQUEAL. DISPOSITIVO DE FIACION DE TUBOS ANCHOR FAST. MARCA: HOLLISTER PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9799. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO- PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA:	Pieza		100	40	
108	37902700980001	379	027	0098	00	01	ALMOHADILLA DE ELECTRODOS DE HULE REUSABLES DE DIMENSION: 8 X 12CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-79968. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS.	Pieza		100	40	
109	37915637980001	379	156	3798	00	01	CABLE PARA ECG DE 5 DERIVADAS LARGO. REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCEST. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE	Pieza		40	16	



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
110	37915644730001	379	156	4473	00	01	531.619.0452 MONITOR TRANSPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE 2000. CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2 REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCCTR PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO. MARCA: MEDICA D. ELECTRODO AUTO ADHERIBLE RECTANGULAR 5 X 9CM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DE CATALOGO: C-42043. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO.	Pieza		40	16
111	37930435670001	379	304	3567	00	01	ELECTRODO AUTO ADHERIBLE REDONDO 5CM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DE CATALOGO: C-42042. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO.	Pqt 4 pzas		50	20
112	37930435830001	379	304	3583	00	01	AUDIFONOS CON DIADEMA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TDH39. PARA SU USO EN EL EQUIPO. AUDIOMETRO AUTOMATICO. CLAVE: 531.088.0108. MARCA: MADSEN GN-OTOMETRICS. MODELO: ITERA II.	Pqt 4 pzas		50	20
113	52604000550001	526	040	0055	00	01	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA DE CONO INVERTIDO NO 35. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA	Pieza		20	8
114	37937902170002	379	379	0217	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA CILINDRICA NO 556. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA	Pieza		1,920	768
115	37937902330002	379	379	0233	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA CILINDRICA NO 557. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA	Pieza		2,400	960
116	37937902410002	379	379	0241	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO.3. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA	Pieza		2,400	960
117	37937902660002	379	379	0266	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO.3. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA	Pieza		2,400	960

Calle Suacia esquina España s/n, Col. Los Paraísos, C.P. 37220, León, Guanajuato.
Tel. 477 723 05 RD. www.imss.gob.mx





Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
118	37937902740002	379	379	0274	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO.5. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA	Pieza		1,920	768
119	37937903160002	379	379	0316	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO NO.701 L. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MODULO	Pieza		2,400	960
120	37937903240002	379	379	0324	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA DE PERA NO.331. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA	Pieza		960	384
121	37937903570002	379	379	0357	00	02	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE, PARA TERMINACION DE COMPOSITOS FORMA CILINDRICA NO.012 PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA BASICA Y	Pieza		1,440	576
122	37937904070002	379	379	0407	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE FORMA REDONDA NO.014. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA	Pieza		1,920	768
123	37937904980002	379	379	0498	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO.2. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA	Pieza		120	48
124	37937905060002	379	379	0506	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO.4. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA	Pieza		120	48
125	37937905140002	379	379	0514	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA TRONCO CONICA NO.701. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA BASICA Y 531.291.0028	Pieza		120	48
126	37937905220002	379	379	0522	00	02	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA TRONCO CONICA NO.702. PRESENTACION: PIEZA.	Pieza		120	48





Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
127	53742853190001	537	428	5319	00	01	PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028	Pieza		120	48
128	53738300810001	537	383	0081	00	01	FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD DE CARBUJO NO 702 L ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO. NO. 5.	Pieza		1,380	552
129	52667305700002	526	673	0570	00	02	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGIA CON MODULO INTEGRADO. MARCA: RITTER. MODELO: EXCELLENCE.	Pieza		180	72
130	53732704520101	537	327	0452	01	01	ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3 MM, ANCHO DE HOJA	Pieza		40	16
131	53732726640101	537	327	2664	01	01	ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 4 MM, ANCHO DE HOJA	Pieza		40	16
132	53781483070001	537	814	8307	00	01	SEPARADOR CAWOOD MINNESOTA S/ADAPT. LUZ FRIA 15 CM	Pieza		40	16
133	53513700350001	535	137	0035	00	01	MANGO DE BISTURI NUMERO 3 CORTO	Pieza		40	16
134	53532705770001	535	327	0577	00	01	ELEVADOR DE PERIOSTIO. JUEGO DE 4 Y 6 MM.	Pieza		10	4
135	53732704520101	537	327	0452	01	01	ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3 MM, ANCHO DE HOJA. CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE, PARA TERAPIA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENO (SHOT), CON CONEXION DE LA TOMA DE OXIGENO A LA CAMARA HUMIDIFICADORA CON TUBO LISO DE PVC DE 1/8" Y CONECTOR TIPO COLA DE RATON, CON ALAMBRE CALENTADOR DE TUBO INTERNO Y DOS PUERTOS PARA CONEXION DE SENSOR DE TEMPERATURA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL (NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO) DESECHABLE CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD DE 150 ML. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: PSVZ00571. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL.	Caja con 10		48	19
136	37920039760000	379	200	3976	00	00	HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5WW00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL/ PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A.	Pieza		15	6

Calle Buena Esquina España s/n. Col. Las Paradiis. C. P. 37229. León.
Tel.: 477 773 03 40, www.imss.gob.mx



[Handwritten signature]



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
	52652100460001	526	521	0046	00	01	MEZCLADOR DE AIRE Y OXIGENO PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO, DOS PUERTOS. PARA PROPORCIONAR CONCENTRACIONES DE OXIGENO ENTRE 21 Y 100%. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SN. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	Pieza		15	6
	37917135910001	379	171	3591	00	01	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TAMAÑO CHICA COLOR NARANJA, RANGO DE FLUJO DE HASTA 50L/MIN, CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCION DE PRESIONENROSTRO. CON MEMBRANA PERMEABLE PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: OPT942. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION YGENERADOR DE FLUJO INTEGRADO CLAVE: 531.480.0201. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	Caja con 20 pzas		26	10
	37917136090001	379	171	3609	00	01	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TAMAÑO MEDIANA, COLOR AZUL, RANGO DE FLUJO DE HASTA 60L/MIN, CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCION DE PRESIONENROSTRO. CON MEMBRANA PERMEABLE PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: OPT944. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION YGENERADOR DE FLUJO INTEGRADO CLAVE: 531.480.0201. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	Caja con 20 pzas		45	18
	37917136170001	379	171	3617	00	01	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TAMAÑO GRANDE, COLOR VERDE, RANGO DE FLUJO DE HASTA 60L/MIN, CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCION DE PRESIONENROSTRO. CON MEMBRANA PERMEABLE PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: OPT946. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION YGENERADOR DE FLUJO INTEGRADO CLAVE: 531.480.0201. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	Caja con 20 pzas		40	16
	52608105680001	526	081	0568	00	01	CABLE ADAPTADOR PARA CALENTADOR DE TUBO, PARA CIRCUITOS DESECHABLES "VENTILA" & "SHOT". PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H8ZZ00401. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT)	Pieza		15	6
	52676604950001	526	766	0495	00	01	SENSOR DE TEMPERATURA DUAL REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5D05011. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA	Pieza		15	6





Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
							(SHOT)				
	52633000130001	526	330	0013	00	01	HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5W000021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A.	Pieza		5	2
	37920038440000	379	200	3844	00	00	CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, DESECHABLE; PARA TERAPIA DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA. CON CALENTADOR DE TUBO EN LA RAMA INSPIRATORIA. INCLUYE PUNTAS NASALES CON PUERTO DE INSPIRACION Y ESPIRACION TALLA 0 (O PARA PACIENTES DE ~700 GR), CODOS PARA CONEXION DE CANULA, PUERTO Y LINEA DE MONITORIZACION DE PRESION DE PVC, TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, VALVULA PEEP O GENERADOR DE CPAP CON INTERVALO DE AJUSTE DE 1.5 A 20 CMH2O, GORRO Y CINTA VELCRO DE 15 CM. CON CAMARA DE HUMIDIFICACION DESECHABLE UNIVERSAL (PARA PACIENTE NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO), CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON HASTA 150 ML DE CAPACIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00501. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL.	Caja con 10 pzas		46	18
	37920038510000	379	200	3851	00	00	CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, DESECHABLE. PARA TERAPIA DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA. CON CALENTADOR DE TUBO EN LA RAMA INSPIRATORIA. INCLUYE PUNTAS NASALES CON PUERTO DE INSPIRACION Y ESPIRACION TALLA 1 (O PARA PACIENTES DE 700-1250 GR), CODOS PARA CONEXION DE CANULA, PUERTO Y LINEA DE MONITORIZACION DE PRESION DE PVC, TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, VALVULA PEEP O GENERADOR DE CPAP CON INTERVALO DE AJUSTE DE 1.5 A 20 CMH2O, GORRO Y CINTA VELCRO DE 15 CM. CON CAMARA DE HUMIDIFICACION DESECHABLE UNIVERSAL (PARA PACIENTE NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO), CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON HASTA 150 ML DE CAPACIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00511. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON	Caja con 10 pzas		46	18



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima	
	37920038690000	379	200	3869	00	00	CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, DESECHABLE. PARA TERAPIA DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA. CON CALENTADOR DE TUBO EN LA RAMA INSPIRATORIA. INCLUYE PUNTAS NASALES CON PUERTO DE INSPIRACION Y ESPIRACION TALLA 2 (O PARA PACIENTES DE 1250-2000 GR), CODOS PARA CONEXION DE CANULA, PUERTO Y LINEA DE MONITORIZACION DE PRESION DE PVC, TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, VALVULA PEEP O GENERADOR DE CPAP CON INTERVALO DE AJUSTE DE 1.5 A 20 CMH2O. GORRO Y CINTA VELCRO DE 15 CM; CON CAMARA DE HUMIDIFICACION DESECHABLE UNIVERSAL (PARA PACIENTE NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO), CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON HASTA 150 ML DE CAPACIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00521. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. MEZCLADOR DE AIRE Y OXIGENO PARA APLICACIONES DE BAJO FLUJO. DOS PUERTOS. PARA PROPORCIONAR CONCENTRACIONES DE OXIGENO ENTRE 21 Y 100%. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SN. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. CABLE ADAPTADOR PARA CALENTADOR DE TUBO. PARA CIRCUITOS DESECHABLES "VENTILA" & "SHOT". PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H8ZZ00401. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT) SENSOR DE TEMPERATURA DUAL REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: HD05011. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON	Caja con 10 piezas				
	52652100380001	526	521	0038	00	01		Pieza		5	2	
	52608105680001	526	081	0568	00	01		Pieza		5	2	
	52676604950001	526	766	0495	00	01		Pieza		5	2	



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
138		379	200	0865	00	01	DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT) CIRCUITO DESECHABLE ADULTO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1609. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA. KIT CIRCUITO ADULTO 72". PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-08609. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BEAR. MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.	Juego		100	40
139		379	200	0964	00	01	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ANCHA Y TAPA DE ROSCA DE PLASTICO, CAPACIDADE 4 LITROS, SIN GRADUAR. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 602404. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.081.0014 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIONCONTINUA. MARCA: GOMCO. MODELO: 6032/6033/6034 GOMCO.	Juego		222	89
140		379	375	0435	00	01	MASCARILLA CON BOLSA RESERVORIO DE 750 ML, BAJA RESISTENCIA. CON 7 PIES DE TUBODE SUMINISTRO DE OXIGENO. CON CLIP DE NARIZ AJUSTABLE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1060. PARA SU USO EN EL EQUIPO: FLUJOMETRO DE PARED. CLAVE:531.423.0053. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.	Caja		194	78
141		379	614	5047	00	01	SOLUCION SALINA. SOLUCION PARA IRRIGACION A BASE DE CLORURO DE SODIO (NACL AL0.9%). DE 3000 ML. PRESENTACION: BOLSA. MARCAS COMPATIBLES: PISA FARMACEUTIC. BAXTER. PARA SU USO EN EL EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE:531.781.0207. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	Juego		855	342
142		379	821	3828	00	01	BATERIA "AAA" RECARGABLE NIQUEL METAL DE 1100 MAH. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 1100. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.292.0019 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. TAPONES DE ESPUMA PARA LOS OIDOS. DESECHABLES, QUE SE ADAPTE A LA FORMA DELCANAL AUDITIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y CON NIVEL DE REDUCCION DE RUIDO DEAL MENOS 25 DB. LIBRE DE METAL PARA RESONANCIA MAGNETICA. PRESENTACION: CAJACON 500 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E8801BA. PARA SU USO EN EL EQUIPO:RESONANCIA MAGNETICA. UNIDAD DE IMAGEN POR CLAVE: 531.791.0031. MARCA: GENERALELECTRIC. MODELO: MR450W.	Bolsa		538	215
143		526	605	0313	00	01		Pieza		150	60
144		379	867	0406	00	01		Caja con 500		10	4

[Handwritten signature]



Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
145	379 808 7981 00 00						SENSOR DE OXIGENO ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) REUSABLE, ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SMTZSDXX1. PARASU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO- NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: MEDICA D. MODELO: MCY, CPT Y NG. REGULADOR PARA TANQUE: PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: E1835-15GE. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.191.0391 03 01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: MEDICAL.	Pieza		45	18
146	526 730 0027 00 01						DIAPHRAGMA REUSABLE PARA VALVULA DE EXHALACION DE SILICON. DE COLOR ROJO. CONDIMENSIONES DE 35 MM, ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERODE CATALOGO: SMTOVDRSX1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO- NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: MEDICA D. MODELO: SMART 4TAGENERACION.	Pieza		100	40
147	379 283 0246 00 00						FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE PEDIATRICO- ADULTO CON VASO COLECTOR. PRESENTACION: CAJA CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4-046687-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: VENTILADOR VOLUMETRICO-NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0980.00.01. MARCA: PURITAN BENNETT. MODELO: 840.	Pieza		30	12
148	379 360 3501 00 01						FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE PARA PACIENTE PEDIATRICO / ADULTO CON VASO COLECTOR. PRESENTACION: CAJA CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 10043551. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: PURITAN BENNETT.	Caja con 12 pzas		6	2
149	379 360 4228 00 00						FORCEPS PARA BIOPSIA Y EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7264.611. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.420.0105. RINOLARINGOFIBROSCOPIO. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: SIN MODELO.	Caja con 12 pzas		4	2
150	379 370 0034 00 01						GUIA HIDROFILICA PUNTA RECTA. CUERDA CON RECUBIERTA HIDROFILICA DE POLIMERO M. CAPA EXTERNA DE POLIURETANO Y TUNGSTENO. NUCLEO DE NITINOL CONIFICADO, CON PUNTARECTA, DE 0.035 DE CALIBRE Y 150 CM DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: RF-GS35153M. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. CLAVE: 531.055.0024.03.010. MARCA: PHILIPS. MODELO: AZURION 7 M20.	Pieza		18	7
151	379 412 0232 00 00							Pieza		8	3



GOBIERNO DE
MEXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

Partida	CLAVE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Presentación	Precisión técnica	Cantidad máxima	Cantidad mínima
152		379	412	0240	00	00	GUIA HIDROFILICA ANGLUADA. CUERDA CON ALMA DE NITINOL, EXTREMO CONICO CORTO, CONRECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE EXCELENTE NAVEGABILIDAD CON PUNTA ANGLADARADIOPACA DE PLATINO, CALIBRE 0.035 Y 145 CM DE LONGITUD PRESENTACION: PIEZA: NUMERO DE CATALOGO: G09607 RFSPC-35-145. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANGIOGRAFOARCO MONOPLANAR. CLAVE: 531.055.0024.03.010. MARCA: PHILIPS. MODELO: AZURION 7M20.	Pieza		10	4
153		379	808	8013	00	00	SENSOR DE FLUJO PROXIMAL PARA PACIENTES (ADAPTADORES LUER LOCK) NEONATAL DEPOLICARBONATO, REUSABLE, DE COLOR TRANSPARENTE, CON CONECTOR ESTANDAR DE 15 MM INTERIOR Y 22 MM EXTERIOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SMTBFSRYN2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO. PEDIATRICO- NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: MEDICA D. MODELO: SMART 4TA GENERACION.	Pieza		30	12
154		526	257	0244	00	01	GUARDA COLOR VERDE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7020-018. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL. SURGICAL. MODELO: 7020-001 / 7020-002.	Pieza		2	1
155		531	829	0714	03	01	SISTEMA PARA CORRECCION DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA. SISTEMA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, VIA VAGINAL O ABDOMINAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: INTRODUTOR, CON EMPUNADURA Y GUIA RIGIDA.	Pieza		34	14

Calle Suecia esquina España s/n., Col. Los Paraísos, C.P. 57229, León, Guanajuato.
Tel. 477 773 85 80, www.imss.gob.mx



[Handwritten signature]



ANEXO II. Respuestas a solicitudes de Aclaración.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
689428	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 81 379-782-0010-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	SE SOLICITA RANGO DEL MANOMETRO DE 0 A 60 CMH2O. SE CONFIRMA REQUERIMIENTO A PETICION DEL LICITANTE.
689431	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 84	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 CMH2O.	SE SOLICITA RANGO DEL MANOMETRO DE 0 A 60 CMH2O. SE CONFIRMA REQUERIMIENTO A PETICION DEL LICITANTE.
689450	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 75 379-614-4917-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER LA VALVULA PEEP, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 20 CMH2O.	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MASCARILLA CON DOBLE SELLO DE SILICON, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
689452	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 76 379-614-4925-00-01	¿SE ACEPTA OFRECER MASCARILLA CON DOBLE SELLO DE SILICON? CARACTERISTICA QUE SUPERA A LAS INFLABLES CON JERINGA, COMO LA SOLICITADA.	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MASCARILLA CON DOBLE SELLO DE SILICON, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
689454	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 82	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI EL INSUMO SERIA REUSABLE O DESECHABLE.	SE SOLICITA DESECHABLE. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES
689455	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 83	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 CMH2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER LA VALVULA PEEP, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES	SE SOLICITA RANGO DEL MANOMETRO DE 0 A 60 CMH2O. SE CONFIRMA REQUERIMIENTO A PETICION DEL LICITANTE.





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DE 0 A20 CMH20.	
689479	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	OTROS	22. FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PRO	EN LA TABLA SE NÚMERA LA DOCUMENTACION QUE SOLICITAN, MENCIONAN ANEXOS TÉCNICOS 1, 2, 3, 4, 5, ETC. EN ESPECÍFICO EL ANEXO TÉCNICO 10 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE NO SE ENCUENTRA ALGÚN FOMATO EN LAS BASES NI EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESE ANEXO SE PUEDE PRESENTAR EN FORMATO LIBRE?	ES CORRECTO, EL ANEXO TECNICO 10 DEBERA PRESENTARLO EN FORMATO LIBRE.
689642	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 89	¿EL CIRCUITO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DEBE CONTAR CON SENSOR DE FLUJO PROXIMAL PARA NEWPORT HT70?	ES CORRECTO, COMO SE SOLICITA EN LA PRECISION TECNICA.
689861	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 94	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTETOSCOPIO CON ARCO Y AURICULARES DE ALUMINIO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES AL RESPECTO
689879	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 137	EN ESA PARTIDA, EN LA CLAVE DE LA BASE RODABLE, PREGUNTAR: DEBE ENTENDERSE QUE LA BASE RODABLE SOLICITADA DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL (MANÓMETRO DE PRESIÓN) CON LA INTENCIÓN DE TENER SEGURIDAD EN QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA DE CPAP SEA LA INDICADA. ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN MANÓMETRO DE PRESIÓN, QUE PERMITA LA LECTURA EN CMH20 [CENTIMETROS DE AGUA] Y PERMITA LA CONEXIÓN CON LINEA DE PRESIÓN PROXIMAL DEL CIRCUITO.
690632	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO A, EQUIPOS EN PRÉSTAMO	EN ESTE FORMATO ESTÁN SOLICITANDO LA ENTREGA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE, NOS PODRÍAN INFORMAR SI APLICA ESTE FORMATO Y DE SER ASÍ CUANTOS EQUIPOS SE TENDRÍAN QUE ENTREGAR Y EN QUE LUGARES?, FAVOR DE ACLARAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL FORMATO ES ÚNICAMENTE UN EJEMPLO, ESTA DEBIDAMENTE DEFINIDO EN EL APARTADO "ASOCIACIÓN DE EQUIPO MEDICO A LAS PARTIDAS (EN APEGO AL TERCER PÁRRAFO DEL ART. 55 DE LA LAASSP)" LOS EQUIPOS COMODATO QUE SOLICITA LA CONVOCANTE Y MONITOR DE TRIAGE NO ES UNO DE ELLOS SE INFORMA AL LICITANTE QUE EL ANEXO TECNICO 1 AL ANEXO TECNICO 15, SON ANEXOS QUE EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN SU PROPUESTA TECNICA, ES DECIR, SON DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR, YA QUE NO SE TRATA DE FORMATOS.
690677	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XXVII	DEL ANEXO TECNICO 1 AL ANEXO TECNICO 15, NO SE ENCUENTRAN EN LAS BASES PODRÍAN POR FAVOR PROPORCIONARLOS, FAVOR DE ACLARAR	SE CONFIRMAN LAS CANTIDADES PLASMADAS EN LA CONVOCATORIA
690851	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 136 CLAVES: 379-171-3591-00-01, 379-171-3609-00-01, 379-171-3617-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME LA CANTIDAD DE LAS CANULAS, YA QUE NO ES PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE CIRCUITOS DE LA CLAVE: 379-200-3976-00-00 YA QUE TENEMOS ENTENDIDO QUE EN CLINICA POR CADA CIRCUITO SE UTILIZA UNA CANULA. FAVOR DE ACLARAR	
690915	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, PARTIDA 104, CVE: 531.568.0057.03.01, 531.568.0057.03.01	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA PARTIDA 104, CVE: 531.568.0057.03.01, LARINGOSCOPIO SE NOS PERMITA OFERTAR	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES



Handwritten signature



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
691173	COMERCIALIZAD ORA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	11.4 JUNTA DE ACLARACIONES	MANGO CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE QUE INCLUYE CARGADOR DE ESCRITORIO, ASÍ MISMO ENTREGAR 10 HOJAS DE LAS CUALES SON 6 MILLER DE LOS NÚMEROS 00,0,1,2,3 Y 4 Y MACINTOSH 1,2,3,4 ASÍ COMO UN ESTUCHE FLEXIBLE DE PLASTIPIEL, SE ACEPTA? PUNTO 11.4 JUNTA DE ACLARACIONES DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL PORTAL COMPRANET NO PERMITE ADJUNTAR NINGUN DOCUMENTO EN LA ETAPA DE JUNTA ACLARACIONES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 11.4 PARRAFO 1, BASTARA CON EXPRESAR INTERÉS A TRAVES DEL APARTADO QUE HABILITA LA PLATAFORMA COMPRANET	EL LICITANTE DEBERA MANIFESTAR INTERES EN PARTICIPAR A TRAVES DE COMPRANET, CON ESE PROCESO ESTARA PARTICIPANDO EN LA JUNTA DE ACLARAICONES.
691174	COMERCIALIZAD ORA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.6 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	FAVOR DE CONFIRMAR PUNTO 13.6 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
691175	COMERCIALIZAD ORA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS CON FECHA DE HASTA 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA? PUNTO 4.1 PARA BIENES DE IMPORTACIÓN	NO SE ACEPTA DEBE OFERTAR LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD QUE SOLICITA LA CONVOCANTE.
691276	COMERCIALIZADO RA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS	¿SE ACEPTA? PUNTO 4.1 EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO INCISO A) CARTA DE APOYO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA CUMPLIR CON EL PUNTO EN COMENTO NOS PERMITA PRESENTAR INDISTINTAMENTE CARTA DE TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CARTA DE FABRICANTE DEBE RESPALDAR AL LICITANTE, LA PRESENTE LICITACION BUSCA CONTRATACIONES CON DISTRIBUIDORES PRIMARIOS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

Calle Suecia España s/n, Col. Los Paraisos, C.P. 37323, León, Guanajuato



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO, LO ANTERIOR SIN QUE SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO.	
691277	COMERCIALIZADO RA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS	¿SE ACEPTA? PUNTO 4.1 EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO INCISO A) CARTA DE APOYO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA CUMPLIR CON EL PUNTO EN COMENTO NOS COMPARTAE EL ANEXO TÉCNICO 14 MENCIONADO EN EL PUNTO 4.1 CARTA DE APOYO. FAVOR DE COMPARTIR	EL LICITANTE DEBERA OFERTAR EL ANEXO TECNICO 10 EN FORMATO LIBRE
691278	COMERCIALIZADO RA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS	PUNTO 4.1 EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO INCISO A) CARTA DE APOYO EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO EN COMENTO, SE PODRÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE. FAVOR DE CONFIRMAR.	EL LICITANTE DEBERA OFERTAR EL ANEXO TECNICO 10 EN FORMATO LIBRE
691279	COMERCIALIZADO RA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 3 TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO NO. 3 TERMINOS Y CONDICIONES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS COMPARTA EL ARCHIVO COMPLETO DEL ANEXO NO. 3. YA QUE EL DOCUMENTO ADJUNTO EN COMPRANET CONTEMPLE 35 PÁGINAS PERO COMIENZA EN EL NUMERO 20 Y TERMINA EN EL 31. FAVOR DE CONSIDERAR	EL DOCUMENTO EN COMPRANET ES LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGINADO
691280	COMERCIALIZADO RA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	16.1 CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA	16.1 CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI ES CORRECTO A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS 12.13, 12.17 Y 12.8, MENCIONADOS EN EL PUNTO 16.1, YA QUE EN BASES NO SE ENCUENTRAN DICHSOS NUMERALES	SE ACLARA QUE EN EL NUMERAL 16.1. Criterios de evaluación de la propuesta legal-administrativa. SE LOCALIZAN LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACION LEGAL ADMINISTRATIVA, POR LO CUAL LOS NUMERALES CORRECTOS A CUMPLIR SON LOS REFERIDOS EN EL NUMERAL 13 Y SUS SUBNUMERALES, CON ESTO, CUMPLE CON LO REQUERIDO.
691281	COMERCIALIZADO RA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XXIII	FAVOR DE ACLARAR ANEXO XXIII PROPUESTA ECONOMICA	SE ACEPTA SU SOLICITUD.



Handwritten signature



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
691282	RA ARVIEN SA DE CV	ADMINISTRATIVA	PROPUESTA ECONOMICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA AGREGAR AL FORMATO XXIII PROPUESTA ECONOMICA COLUMNAS CON EL FIN DE INCORPORAR CANTIDADES E IMPORTES MINIMOS Y MÁXIMOS ¿SE ACEPTA? ANEXO XVII RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR EL ANEXO XVII CON LOS NUMERALES CORRECTOS EN LOS QUE SE SOLICITA CADA DOCUMENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO, YA QUE LOS MENCIONADOS EN EL ANEXO EN COMENTO NO CORRESPONDEN AL CONSECUTIVO SEÑALADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
691313	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	OTROS	NUMERAL 6.MECANISMOS DE COMPROBACION	¿SE ACEPTA? SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REQUIEREN MUESTRAS, DE SER ASI INDICAR POR FAVOR EL DIA Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE DE DEBEN PRESENTAR.	NO SE REQUIEREN MUESTRAS FISICAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO
691314	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25 LAPIZ CON CONTROL DE MANO REUSABLE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON LAPIZ DESECHABLE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE TIPO REUSABLE, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
691317	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NÚMERO 22 LAPIZ REUSABLE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON LAPIZ DESECHABLE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE TIPO REUSABLE, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
691319	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 26 PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE POR FAVOR LAS MEDIDAS CON LAS QUE SE REQUIERE LA PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO.	SE REQUIERE PLACA PARA ADULTO COMO SE INDICA EN LA PRECISION TECNICA.
691323	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 13.6 OPINION DE CON. GENERAL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE	SE ACEPTA SU SOLICITUD.





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
691336	INGENIERIA MEDICA SA DE CV	OTROS	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SAT, IMSS E INFONAVIT HASTA DE UN DIA ANTES A LA PRESENTACIÓN DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES. SE SOLICITA AMBIVALENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR RECTIFIQUE EL ANEXO XVII, YA QUE EL NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA LA DOCUMENTACION NO COINCIDE CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA.
691554	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	LA-50-GYR-050GYR027-T-20-2025	PARTIDA 88 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE, SI SOLO REQUIERE FRASCO HUMIDIFICADOR REUSABLE MOD: INFRA-300-IP ? O SE REQUIERE TAMBIEN FLUJOMETRO CON CONECTOR TIPO ARAMED DE 3/8	SE ACLARA QUE SE REQUIERE HUMIDIFICADOR CON CONECTOR, SIN FLUJOMETRO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
691826	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA 12 CLAVE 379 561 0900 00 01	REFERENTE A LA PARTIDA 12 CLAVE 379 561 0900 00 01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, QUE PARA NO LIMITAR LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: LA CLAVE 379 561 1957 00 01 AQUETE MEDIANO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 20CM X 12.5CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCIÓN SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESIÓN Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACIÓN , CON DOS PELICULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON INDICADORES NUMÉRICOS PARA SU FÁCIL APLICACIÓN CON ALTA TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA. .PRESENTACIÓN: PAQUETE. PARA EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH - NEPHEW	COMO OPCION PUEDE OFERTAR SU PRODUCTO, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
691827	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA 12 CLAVE 379 561 0900 00 01	REFERENTE A LA PARTIDA 12 CLAVE 379-375-0427-00-02 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA DE 1000ML Y OFERTA DE 800ML LO CUAL NO ES EQUIVALENTE.





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
691828	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	379-375-0427-00-02	ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, QUE PARA NO LIMITAR LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE 379-274-0064-00-00-RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA RENASYS, DE 800 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML, CON SELLADO, FILTRO ANTI-DESBORDAMIENTO, TUBO DE CONEXIÓN A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, TUBO DE CONEXIÓN A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA DEL SISTEMA. PRESENTACIÓN PIEZA. PARA SU USO CON EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH - NEPHEW. ¿SE ACEPTA?	ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, QUE PARA NO LIMITAR LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE 379-274-0064-00-00-RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 800 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML, CON SELLADO, FILTRO
	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA 12 CLAVE 379-375-0500-00-01			REFERENTE A LA PARTIDA 12 CLAVE 379-375-0500-00-01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, QUE PARA NO LIMITAR LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE 379-274-0064-00-00 RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 800 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML, CON SELLADO, FILTRO	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA DE 1000ML Y OFERTA DE 800ML LO CUAL NO ES EQUIVALENTE.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ANTI-DESBORDAMIENTO, TUBO DE CONEXIÓN A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, TUBO DE CONEXIÓN A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA DEL SISTEMA. PRESENTACIÓN PIEZA. PARA SU USO CON EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH - NEPHEW. ¿SE ACEPTA?	
691829	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA 12 CLAVE 379-561-1411-00-01	REFERENTE A LA PARTIDA 12 CLAVE 379-561-1411-00-01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, QUE PARA NO LIMITAR LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379-328-0433-0001 QUE CONTIENE PAQUETE ABDOMINAL, INCLUYE DOS BLOQUES DE ESPUMA PREFORMADA PERFORADA DE POLIURETANO RETICULADO HIDROFÓBICO, UN PUERTO DE SUCCIÓN SUAVE CON SISTEMA DESELLADO RESISTENTE A LA COMPRESIÓN Y UN APOSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACIÓN, CON UNA CAPA PROTECTORA DE ÓRGANOS DE POLIETILENO DE 89CM X 66CM CON SEIS APOSITOS DE FIJACIÓN CON ALTA TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA. YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FINALIDAD TERAPÉUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA DE 500ML Y OFERTA DE 800ML LO CUAL NO ES EQUIVALENTE.
691830	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA 12 CLAVE 379-328-0144-00-01	REFERENTE A LA PARTIDA 12 CLAVE 379-328-0144-00-01 AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSIDERARSE O CONSTITUIRSE EN LA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA,	COMO OPCION PUEDE OFERTAR SU PRODUCTO, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA

Tel. 477 772 05 80. www.imss.gob.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCENTRALADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PODRÍA CONSTITUIRSE EN LA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO QUE SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EN CONSIDERACIÓN LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE 379-561-3763-00-00 ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM X 0.9CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICIÓN DE HUESO O TENDÓN, YA QUE LA CLAVE SOLICITADA LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FINALIDAD TERAPÉUTICA, YA QUE DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES CLÍNICAS DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA SU FUERZA TENSIL LE PERMITE ÚRSALA EN CAVITACIONES Y TUNELIZACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACLARA QUE EN NUMERAL 2.1 EVALUACION TECNICO MEDICA, SE REFIERE A LOS NUMERALES 4. <i>Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones y sus Subnumerales, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4</i>, POR OTRA PARTE EL NUMERAL 15.2, SE ACLARA QUE SE REFIERE AL NUMERAL 16.2. <i>Criterios de evaluación de la propuesta técnica.</i></p> <p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA.</p>
691993	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.1 PRIMER PÁRRAFO	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PUEDAN CONFIRMAR A QUÉ SE REFIEREN CON LOS NUMERALES 3 Y 15.2 YA QUE DICHS NUMERALES NO EXISTEN EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.</p>	
691994	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL NÚMERO DE LOS ANEXOS YA QUE NO COINCIDEN CON LOS SOLICITADOS EN CADA NUMERAL.</p>	
691995	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1, IMPORTACIÓN DE BIENES PARA DISTRIBUIDOR	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE UN FORMATO PARA REALIZAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE</p>	<p>EL LICITANTE DEBERA OFERTAR EL ANEXO TECNICO 10 EN FORMATO LIBRE</p>
691996	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA NUMERAL 2.2 Y NUMERAL 14	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN A UTILIZAR PARA EL PROCEDIMIENTO SERÁ BINARIO ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTO, EN BASE AL NUMERAL 2 MECANISMO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES</p>
691997	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1. PARTIDA 7	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACION DE EMPRESAS, PERMITA OFERTAR INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RAPIDA (20 MINUTOS), PARA EL</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES, LA PRESENTACION DE SU PRODUCTO NO ES LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE</p>

Calle Susana Espina S/N, Col. Los Perisicos, C.P. 57229, León, Guanajuato
Tel. 477 732 05 HD. www.imss.gob.mx





GOBIERNO DE
MEXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON TECNOLOGIA POR SISTEMA DE GRAVEDAD, CONSISTE EN UN VIAL CON UNA POBLACION ESTANDARIZADA DE ESPORAS DE G. STEAROTHERMOPHILUS, Y CON UN MEDIO DE CULTIVO SENSIBLE AL CAMBIO DE FLUORESCENCIA Y DE PH, CONTENIDOS EN UN VIAL DE PLASTICO CON ETIQUETA MARCADA CON INDICADOR QUIMICO DE PROCESO PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICION. NOTA: REQUIERE LECTOR AUTOMATICO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE LECTURA RAPIDA PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON TECNOLOGIA POR SISTEMA DE GRAVEDAD COMPATIBLE CON LA MARCA OFERTADA. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS, CON EL COMPRIMISO DE ENTREGAR LA CANTIDAD TOTAL DE PIEZAS SOLICITADAS, DE ACUERDO CON LA PRESENTACIÓN DE CAJA CON 25 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	
691998	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1. PARTIDA 8	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR PAQUETE DE PRUEBA DE EFICIENCIA DE ELIMINACIÓN DE AIRE DURANTE LA FASE DE VACÍO (BOWIE-DICK) DE UN SOLO USO. DIMENSIONES DE ACUERDO CON LA MARCA DE CADA FABRICANTE. PRESENTACIÓN CAJA CON 20 PIEZAS, APEGANDONOS A LA CANTIDAD TOTAL SOLICITADA. NÚMERO DE CATÁLOGO DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIAS. CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS. ¿SE ACEPTA?	COMO OPCION PUEDE OFERTAR SU PRODUCTO, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
691999	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 23	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA DESECHABLE 10 PIEZAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE TIPO REUSABLE Y NO ES VIABLE MODIFICAR LA PRESENTACION INDICADA EN LA CLAVE EN APEGO AL CUADRO BASICO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
692000	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA DESECHABLE 10 PIEZAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE TIPO REUSABLE Y NO ES VIABLE MODIFICAR LA PRESENTACION INDICADA EN LA CLAVE EN APEGO AL CUADRO BASICO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON

Calle Basilio Gabarín, s/n, Col. San Bartolomé, C.P. 47225, León, Guanajuato



9

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS". PUEDE OFERTAR DESECHABLE
692001	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 25	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAPIZ CON CONTROL DE MANO DESECHABLE, HOJA ESTANDAR, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO "GOLDENLINE®", HOJA DESECHABLE DE 1", ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA DESECHABLE 10 PIEZAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE TIPO REUSABLE Y NO ES VIABLE MODIFICAR LA PRESENTACION INDICADA EN LA CLAVE EN APEGO AL CUADRO BASICO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
692002	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 26		NO SE ACEPTA, EL ADAPTADOR QUE SE SOLICITA NO INCLUYE CABLE ALGUNO.
692003	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 27	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE DESECHABLE ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, EL ANEXO TECNICO 10 DEBERA PRESENTARLO EN FORMATO LIBRE.
692172	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO:	A) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ANEXO TÉCNICO 10; LA CARTA DE APOYO ES EN FORMATO LIBRE, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, EL ANEXO TECNICO 10 DEBERA PRESENTARLO EN FORMATO LIBRE.
692173	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO:	A) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ANEXO TÉCNICO 14 (BIENES DE IMPORTACIÓN) LA CARTA DE APOYO ES EN FORMATO LIBRE, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, EL ANEXO TECNICO 10 DEBERA PRESENTARLO EN FORMATO LIBRE.
692200	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	ENTENDEMOS QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES DE CARACTER INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, TAL Y COMO LO INDICA EN EL NOMBRE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER CASO OMISO A LO INDICADO EN LA PAGINA 3 DE LAS BASES QUE LA LETRA INDICA: PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-	ES CORRECTA SU APRECIACION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 28 FRACCION II DE LA LAASSP
692201	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA		SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE LICITACION SE IDENTIFICA COMO Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo Cobertura de Tratados LA-50-GYR-050GYR027-T-20-2025

Callie Svecchia Espina Espina M/A, Cpl. Los Paraisos, C. P. 57226, 2do. Guaymas
Tel. 477 722 95 HD, www.imss.gob.mx





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				050GYR027-T-20-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES, TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, BAJO LOS SIGUIENTES: ¿SE ACEPTA?	
692259	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	EN CASO DE TRATARSE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTENDEMOS QUE SE PUEDEN OFERTAR BIENES DE CUALQUIER PAÍS QUE TENGAN TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN VIGENTES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
692260	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 21 PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO. PRESENTACION: CAJA (100 PIEZAS) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LA PROPUESTA SE REQUIERE CON CABLE DE CONEXIÓN INCLUIDO. FAVOR DE ACLARAR.	NO SE REQUIERE CABLE DE CONEXIÓN DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA.
692261	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 22: LAPIZ REUTILIZABLE CON BOTONES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE POR FAVOR CONFIRME SI LOS INSUMOS REQUERIDOS EN ESTA PARTIDA SON DE TIPO DESECHABLES O REUTILIZABLES, LO ANTERIOR DEBIDO A LOS VALORES MOSTRADOS EN LAS CANTIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS SOLICITADAS. FAVOR DE ACLARAR.	EN ESTA PARTIDA SE SOLICITA REUTILIZABLE COMO SE ESPECIFICA EN LA DESCRPCION
692262	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 23 PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO PEDIATRICO LA PLACA NEUTRA QUE REFIEREN CON CATÁLOGO 60-0136-001 CORRESPONDE A UNA PLACA METÁLICA SIN CABLE PARA ADULTO. ACTUALMENTE LOS FABRICANTES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ELECTROCIURUGÍA YA NO RECOMIENDAN EL USO DE PLACAS METÁLICAS DESNUDAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR PLACA NEUTRA REUTILIZABLE TAMAÑO PEDIATRICO DE CAUCHO/SILICÓN CON CABLE Y ADAPTADOR, COMPATIBLE CON LA UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA MARCA CONMED MODELO SABRE 180/1000 SES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LACA NEUTRA REUTILIZABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO DE CAUCHO/SILICÓN CON CABLE Y ADAPTADOR, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
692263	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 24 PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO ADULTO LA PLACA NEUTRA QUE REFIEREN CON CATÁLOGO 60-0136-002 CORRESPONDE A UNA PLACA METÁLICA SIN CABLE PARA PEDIÁTRICOS. ACTUALMENTE LOS FABRICANTES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LACA NEUTRA REUTILIZABLE TAMAÑO ADULTO DE CAUCHO/SILICÓN CON CABLE Y ADAPTADOR, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

Calle Susana Berríos España s/n. Col. Los Peralitos. C.P. 37220. León, Guanajuato
Tel. 477 713 35 80. www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
MEXICO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Aclaración	Respuesta
692264	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	ELECTROCIRUGÍA YA NO RECOMIENDAN EL USO DE PLACAS METÁLICAS DESNUDAS Y PARA APROVECHAR EL SISTEMA REM DEL EQUIPO SE RECOMIENDA USAR PLACAS DE DOS SECCIONES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR PLACA NEUTRA REUTILIZABLE TAMAÑO ADULTO DE CAUCHO/SILICÓN CON CABLE Y CONECTOR TIPO VALLEYAB, COMPATIBLE CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA MARCA CONIMED MODELO SABRE 180/1000 SES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
692265	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉCNICO	PARTIDA 25 LAPIZ CON CONTROL DE MANO REUSABLE, HOJA ESTANDAR, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO "GOLDENLINE®", HOJA DESECHABLE DE 1", CABLE DE 10' (3.05M), 20 USOS. CAJA (10 PIEZAS). PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 130316. PARA USO EN EL..... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE LA CONTINUIDAD DE PÁRRAFO QUE SE ENCUENTRA INCOMPLETO EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 25 ES EL SIGUIENTE: "PARA USO EN EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONIMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES." ¿ES CORRECTO?
692266	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉCNICO	PARTIDA 25 LAPIZ CON CONTROL DE MANO REUSABLE, HOJA ESTANDAR, SWITCH ENCENDIDO/APAGADO "GOLDENLINE®", HOJA DESECHABLE DE 1", CABLE DE 10' (3.05M), 20 USOS. CAJA (10 PIEZAS). PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 130316. PARA USO EN EL..... SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE POR FAVOR CONFIRME SI LOS INSUMOS REQUERIDOS EN ESTA PARTIDA SON DE TIPO DESECHABLES O REUTILIZABLES, LO ANTERIOR DEBIDO A LOS VALORES MOSTRADOS EN LAS CANTIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS SOLICITADAS. FAVOR DE ACLARAR.
692267	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 26 PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO. PRESENTACION: PIEZA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES REUSABLE O DESECHABLE. FAVOR DE ACLARAR.
		TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 26 PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO. PRESENTACION: PIEZA. LA PRECISION TECNICA DE LA PARTIDA INDICA LO QUE CONSULTA: REUSABLE, TAMAÑO ADULTO. ENTRADA TIPO PLUG
		TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	NO SE REQUIERE CABLE DE CONEXIÓN DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV			SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LA PROPUESTA SE REQUIERE CON CABLE DE CONEXIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	
692268	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASESPUNTO I.6	EN RELACION CON LA CONVOCATORIA EN EL PUNTO 1.6 PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS APOYE PROPORCIONANDO UN CALENDARIO MENSUAL O POR PERIODO DE TIEMPO PARA QUE SE PUEDAN PROGRAMAR LAS ENTREGAS DE LOS BIENES SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, LA COORDINACIÓN DE LAS ENTREGAS SE REALIZARÁ CON EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO
692269	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES PÁGINA 3	NOS ACLARE SI EL PROCESO DE LICITACION SERÁ DE CARACTER INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 28 FRACCION II DE LA LAASSP
692317	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XII. OPINIONES DE CUMPLIMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REPRESENTAR LA OPINION VIGENTE Y POSITIVA DE MI REPRESENTADA EMITIDA POR EL IMSS, CON UNA FECHA DE EMISION Y VIGENCIA DE HASTA 3 DIAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, PLAZO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL ACUERDO ACDO.ASZ.HCT.250423/106.P.DIR PUBLICADO EN EL DOF CON FECHA DEL 04 DE MAYO DE 2023 ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
692320	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 4.2 INCISO A	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE EN PARTIDAS QUE REQUIERAN EQUIPO EN COMODATO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO CON EL CERTIFICADO ISO 9001:2015 DEL FABRICANTE ASÍ COMO DEL LICITANTE ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APARTADO 4.1 INCISOS F) O D) SEGUN LE APLIQUE Y DE ACUERDO A SU CONSULTA
692403	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 13.6 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE MI REPRESENTADA EMITIDA POR EL SAT, IMSS E INFONAVIT VIGENTES Y POSITIVAS, SE UTILIZARÁN LOS ANEXOS VI Y XII DE LA CONVOCATORIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACION.
692404	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 13.17 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR EL ANEXO XVII SOLICITADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO CON LOS NUMERALES QUE CORRESPONDEN SEGÚN ESTÁN ESTIPULADOS EN LAS BASES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, ASI MISMO SE LE SOLICITA REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA.
692405	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 24 AVISO DE PRIVACIDAD ANEXO	ENTENDEMOS QUE EL ANEXO XXI AVISO DE PRIVACIDAD ES SOLAMENTE DE CARÁCTER	ADMINISTRATIVA

Calle Suecia 487, 37130, Guanajuato, Gto. Tel. 477 773 05 83, www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	HOSPITALARIA SA DE CV		XXI	INFORMATIVO, POR LO QUE PODEMOS DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO CON UN ESCRITO LIBRE INDICANDO QUE SE HA LEÍDO Y SE CONOCE LO INDICADO EN EL ANEXO XXI AVISO DE PRIVACIDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
692417	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 10 DE LAS PARTIDAS	ENTENDEMOS QUE ES POSIBLE PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN EN PARTIDAS QUE NO REQUIEREN DE EQUIPOS EN COMODATO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.
692420	INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMAS QUIRURGICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 12 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	DICE: DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO, EL LICITANTE DEBERÁ FOLIAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTOS A ÉSTA, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE Y POR SER UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, PODRÁ ENVIARSE EN VARIOS ARCHIVOS ELECTRONICOS. .. SÓLO LA FALTA ABSOLUTA DE FOLIO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, CUANDO SE CONSTATE QUE LA DOCUMENTACIÓN NO MANTIENE CONTINUIDAD EN LAS HOJAS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y ELLO IMPLIQUE NO CONTAR CON INFORMACIÓN SUFICIENTE Y ESTA CIRCUNSTANCIA IMPIDA LLEVAR A CABO SU EVALUACIÓN Y POR TANTO, AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. PREGUNTA: AL SER UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y CON LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA QUE ESTABLECE LA SFP PARA ESTE EFECTO, FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA OMISIÓN DE ESTE PUNTO NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN, DEBIDO A QUE CADA DOCUMENTO SERÁ CARGADO EN EL PORTAL DE COMPRANET EN EL CAMPO DESTINADO PARA ELLO, POR LO QUE NO SE AFECTA LA CONTINUIDAD NI LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.	ES CORRECTA SU APRECIACION, NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCENTRALADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
692421	INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMAS QUIRURGICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.16 ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERES	FAVOR DE CONFIRMAR. DICE: A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS. ANEXO XIV. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, ÚNICAMENTE EL ANEXO XIV DEBIDAMENTE REQUISITADO? FAVOR DE CONFIRMAR.	SI, ES CORRECTA SU APRECIACION.
692466	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 22	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA LOS ANEXOS QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA UN ESCRITO LIBRE DONDE ASÍ SE INDIQUE, ASÍ COMO EL ANEXO EN CUESTIÓN CON LA LEYENDA EN MARCA DE AGUA 'NO APLICA' ¿SE ACEPTA? PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CABLE ADAPTADOR PARA CALENTADOR DE TUBO" QUE SEA COMPATIBLE CON NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
692731	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 136 SUBPARTIDA 526.81.568.0.1	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CABLE ADAPTADOR PARA CALENTADOR DE TUBO" QUE SEA COMPATIBLE CON NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA? PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CONFIGURACIÓN/KIT QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN	NO SE ACEPTA, LA SUBPARTIDA A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL
692732	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 379.200.3869.0.0	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CONFIGURACIÓN/KIT QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN	NO SE ACEPTA, LA SUBPARTIDA A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL

Call Center: 011 712 05 87, 011 712 05 88, 011 712 05 89, 011 712 05 90, 011 712 05 91, 011 712 05 92, 011 712 05 93, 011 712 05 94, 011 712 05 95, 011 712 05 96, 011 712 05 97, 011 712 05 98, 011 712 05 99, 011 712 06 00





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
692734	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 379-200.3869.0.0	DE ENTREGAR LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA E INTERFAZ. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN? PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE PROPORCIONA UN RANGO DE 3 A 10 CMH20 CUMPLIENDO CON EL RANGO DE PRESIÓN QUE NORMALMENTE SE UTILIZA EN LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, LA SUBPARTIDA A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL
692740	GRUPO EMEQR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 41 CLAVE 379 561 1197 00 01	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES POSIBLE OFERTAR LIGADOR PARA VARIOS SPEEDBAND SUPERVIEW QUE CONSTA DE 7 LIGAS	NO SE ACEPTA, SE REQUIEREN 10 BANDAS O LIGAS, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
692741	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 136 SUBPARTIDA 526.521.46.0.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN LA PARTIDA 136 EN LAS SUBPARTIDAS (526.330.13.0.1 "HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5WW00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A.") Y LA SUBPARTIDA (526.521.46.0.1 "MEZCLADOR DE AIRE Y OXIGENO PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO, DOS PUERTOS. PARA PROPORCIONAR CONCENTRACIONES DE OXIGENO ENTRE 21 Y 100%. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SN. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.") NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE INCLUYE LAS DOS DESCRIPCIONES DE LOS DOS SUBRENGLONES DENTRO DE UN SOLO EQUIPO, CUMPLIENDO LA FUNCIÓN DE HUMIDIFICADOR Y MEZCLADOR EN UN SOLO EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA SUBPARTIDA A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL
692741	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 136 SUBPARTIDA 526.521.46.0.1	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL	NO SE ACEPTA, LA SUBPARTIDA A LA QUE HACE





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	NAVARRO HERNANDEZ		1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 136 SUBPARTIDA 379.200.495.0.1	ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARUN "SENSOR DE TEMPERATURA DUAL REUSABLE" QUE SEA COMPATIBLES CON NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL
692762	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 379.200.3844.0.0	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CONFIGURACIÓN/KIT QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE ENTREGAR LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA E INTERFAZ. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN?	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, UNA CONFIGURACIÓN/KIT QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE ENTREGAR LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA E INTERFAZ. SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
692763	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 379.200.3844.0.0	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE PROPORCIONA UN RANGO DE 3 A 10 CMH20 CUMPLIENDO CON EL RANGO DE PRESIÓN QUE NORMALMENTE SE UTILIZA EN LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN?	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, UNA CONFIGURACIÓN/KIT QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE ENTREGAR LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA E INTERFAZ. SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
692764	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 379.200.3844.0.0	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MASCARILLAS NASALES EN LUGAR DE PUNTAS NASALES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR UNA MAYOR GAMA DE PACIENTES.YA QUE EL TAMAÑO DE LAS PUNTAZEN	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, MASCARILLAS NASALES EN LUGAR DE PUNTAS NASALES, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA

Calle Susana Ahuissas Sepúlveda s/n. Col. Los Paraisos. C.P. 47220. León, Guanajuato.
Tel. 477 723 25 83, www.imss.gob.mx



2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FISCALÍA



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
692765	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 379.200.3851.0.0	OCASIONES PUEDE LLEGAR A SER UNA LIMITANTE. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CONFIGURACIÓN/KIT QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE ENTREGAR LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA E INTERFAZ. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN?	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, UNA CONFIGURACION/KIT QUE CUMPLE CON LA FUNCION DE ENTREGAR LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGIA E INTERFAZ. SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
692766	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 379.200.3851.0.0	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE PROPORCIONA UN RANGO DE 3 A 10 CMH20 CUMPLIENDO CON EL RANGO DE PRESIÓN QUE NORMALMENTE SE UTILIZA EN LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN?	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, UNA CONFIGURACION/KIT QUE CUMPLE CON LA FUNCION DE ENTREGAR LA TERAPIA DE CPAP NEONATAL DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGIA E INTERFAZ. SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
692768	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 379.200.3851.0.0	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MASCARILLAS NASALES EN LUGAR DE PUNTAS NASALES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR UNA MAYOR GAMA DE PACIENTES. YA QUE EL TAMAÑO DE LAS PUNTAS EN OCASIONES PUEDE LLEGAR A SER UNA LIMITANTE. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN?	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, MASCARILLAS NASALES EN LUGAR DE PUNTAS NASALES. SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
692778	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 379.200.3869.0.0	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, MASCARILLAS NASALES EN LUGAR DE PUNTAS NASALES. SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
693004	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PAG. 25 PARRAFO REFERENTE A LAS PARTIDAS 118 A 121	PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MASCARILLAS NASALES EN LUGAR DE PUNTAS NASALES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR UNA MAYOR GAMA DE PACIENTES YA QUE EL TAMAÑO DE LAS PUNTAZEN OCASIONES PUEDE LLEGAR A SER UNA LIMITANTE. ¿SE ACEPTA LA PETICIÓN	LAS PARTIDAS 118 A 121 SON INDIVIDUALES Y NO SE RELACIONAN CON ALTO FLUJO
693005	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	LEGAL- ADMINISTRATIVA	13.6 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, PARRAFO 2	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS EN SENTIDO POSITIVA Y VIGENTE DEL DIA DE LA CARGA DE LA PROPUESTA A LA PLATAFORMA COMPRAMEX	SE ACLARA QUE LA PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DEL LICITANTE DEBERA REALIZARLA EN EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET 2023, ASI MIMISO SE LE INFORMA QUE SE ACEPTA SU SOLICITUD.
693006	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	TÉCNICO	4.4 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS BASTARA CON PRESENTAR SOLO UNO DE LOS SIGUIENTE: FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS O MANUALES	LA PROPUESTA TECNICA DEBE VENIR A COMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS QUE FACILITEN LA COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DE LA CLAVE QUE OFERTE, POR LO QUE LA CONVOCANTE EXPONE CUALES SON LAS OPCIONES PARA ESTA FIN. ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE SI PRESENTA SOLO UNO PARA LA EVALUACION
693007	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	24.29 RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	SE LE SOCITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE COMPARTIR ESTE ANEXO EN EDITABLE CORRESPONDIENTE A LA LICITACION, YA QUE EL QUE SE ENCUENTRA EN LA CONVOCATORIA NO COINCIDE CON LOS NUMERALES DE LA CONVOCATORIA, O BIEN SI SE PUEDE ADECUAR A DICHO PROCEDIMIENTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA. CON RELACION AL ANEXO XVII RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION.
693008	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	24.30 TECNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS	SE LE SOCITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE COMPARTIR ESTE ANEXO EN EDITABLE CORRESPONDIENTE A LA LICITACION, YA QUE EL QUE SE ENCUENTRA EN LA CONVOCATORIA NO COINCIDE CON LOS NUMERALES DE LA CONVOCATORIA, O BIEN SI SE PUEDE ADECUAR A DICHO PROCEDIMIENTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA. CON RELACION AL ANEXO XVII RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION.
693009	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	TÉCNICO	4.1. CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS. CARTA DE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SOLO LA PRESENTACION DE CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE, YA QUE DICHA CARTA SUSTENTA LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y EL	NO ES COMPRESIBLE SU PLANTEAMIENTO PARA OTORGAR UNA RESPUESTA.

Paola Suecía Espinoza S/A, Col. Los Paraisos, C. P. 371 477 723 95 M. Guanajuato, Gto. México





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			APOYO	APOYO SOLIDARIO EN CASO DE PARTICIPAR COMO DISTRIBUIDORES DE LOS MATERIALES Y QUE EN CASO DE NO PRESENTARSE O PRESENTAR LA DEL TITULAR DE REGISTRO LA PROPUESTA SERA DESECHADA. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE EL PODER AMPLIAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE 10 DIAS A 15 DIAS HABILILES.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA ES DEFINIDO POR EL SISTEMA, TRAS LA GENERACION DE ORDENES DE REPOSICION, ADEMAS REMITIRSE A LA ACLARACIONES GENERALES AL RESPECTO.
693010	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	OTROS	NUMERAL 1.6 PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN		NO SE ACEPTA, LA SUBPARTIDA A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL
693026	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1- REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 526.766.495.0.1	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARUN "SENSOR DE TEMPERATURA DUAL REUSABLE" QUE SEA COMPATIBLES CON NUESTRA TECNOLOGIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CARTA DE FABRICANTE DEBE RESPALDAR AL LICITANTE, LA PRESENTE LICITACION BUSCA CONTRATACIONES CON DISTRIBUIDORES PRIMARIOS, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
693030	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	4.1.CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS. A/CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
693031	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1- REQUERIMIENTO PARTIDA 9	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SIN SER NECESARIAMENTE DE LA MARCA ESPECIFICADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CARTA DE APOYO DEBE SER PRESENTADA COMO PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA, COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 4.1 DE CALIDAD, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
693035	GRUPO MORAVI SA DE CV	TÉCNICO	4.1. CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS. PARA BIENES NACIONALES E IMPORTACION	INCISO A) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN HOJA MEMBRETADA FIRMADA. (ANEXO TÉCNICO 12 Y 14). -SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CASO DE SER TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO EN MÉXICO SE PODRÁ PRESENTAR CARTA GARANTIZANDO EL ABASTO COMO TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN SUSTITUCIÓN DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE.	NO SE ACEPTA, LA CARTA DE APOYO DEBE SER PRESENTADA COMO PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA, COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 4.1 DE CALIDAD, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
693039	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 - REQUERIMIENTO PARTIDA 137 SUBPARTIDA 526.81.568.0.1	FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PROVEEDORES, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CABLE ADAPTADOR PARA CALENTADOR DE TUBO" QUE SEA COMPATIBLE CON NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA SUBPARTIDA A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL
693061	GRUPO MORAVI SA DE CV	TÉCNICO	4.2. CALIDAD DE LOS EQUIPOS MÉDICOS ASOCIADOS A CLAVES ESPECÍFICAS	INCISO A) DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE CALIDAD: ISO 13458, CEE Y FDA. -SE REQUIERE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE CON PARTIDAS ASOCIADAS A PRESENTAR EQUIPOS MÉDICOS NO SE DEBERÁ DE PRESENTAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE CALIDAD: ISO 13458, CEE Y FDA. SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	NO SE ACEPTA, SE OTORGAN DISTINTAS OPCIONES PARA RESPALDAR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS A OFERTAR, ESTAS SON: ISO 9001:2008, CEE, FDA O ISO 13485. POR LO QUE DEBE PRESENTAR AL MENOS DOS COMO ES REQUERIDO
693078	GRUPO MORAVI SA DE CV	TÉCNICO	4.2. CALIDAD DE LOS EQUIPOS MÉDICOS ASOCIADOS A CLAVES ESPECÍFICAS	INCISO I) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS SUMINISTROS QUE DERIVEN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁN NUEVOS Y EN NINGÚN CASO USADO. -SE REQUIERE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE CON PARTIDAS ASOCIADAS A PRESENTAR EQUIPOS MÉDICOS NO SE DEBERÁ DE PRESENTAR CON LA PROPUESTA TÉCNICA ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS SUMINISTROS QUE DERIVEN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁN NUEVOS Y EN NINGÚN CASO USADO. SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	SU PREGUNTA VERSA CON RESPUESTO AL APARTADO DE "3.1 CALIDAD DE LOS EQUIPOS MÉDICOS ASOCIADOS A CLAVES ESPECÍFICAS, DISTRIBUIDOR NACIONAL O INTERNACIONAL". SI SU OFERTA NO HACE REFERENCIA A EQUIPO MÉDICO, NO DEBE PRESENTAR LAS CARTAS DE ESE APARTADO
693079	GRUPO MORAVI SA DE CV	TÉCNICO	4.2. CALIDAD DE LOS EQUIPOS MÉDICOS ASOCIADOS A CLAVES ESPECÍFICAS	INCISO II) EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ORIGINALES O COPIAS FIELES (LEGIBLES) DE FOLLETOS, CATALOGOS Y/O MANUALES DE LOS ORIGINALES DEL	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBE OFERTAR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA ORIGINALES O COPIAS FIELES (LEGIBLES) DE FOLLETOS, CATALOGOS Y/O MANUALES DE LOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CLAVES ESPECÍFICAS	FABRICANTE, QUE FACILITEN LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE LA CLAVE QUE OFERTE. LA AUSENCIA DE ESTOS DOCUMENTOS ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AL CARECER DE EVIDENCIAS Y ELEMENTOS QUE PERMITAN LA EVALUACIÓN TÉCNICA.-SE REQUIERE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE CON PARTIDAS ASOCIADAS A PRESENTAR EQUIPOS MÉDICOS NO SE DEBERÁ DE PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA PROPUESTA TÉCNICA ORIGINALES O COPIAS FIELES (LEGIBLES) DE FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O MANUALES DE LOS ORIGINALES DEL FABRICANTE, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	ORIGINALES DEL FABRICANTE. ESTA REQUISITO NO ES EXCLUSIVO DE EQUIPO MEDICO
693082	ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1- REQUERIMIENTO PARTIDA 2 SUBPARTIDA 379.360.4178.0.0	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL FILTRO DE LA MARCA Y DESCRIPCIÓN SOLICITADA CON EL ADAPTADOR DE FILTRO INCLUIDO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA SUBPARTIDA A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL.
693137	INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMAS QUIRURGICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS - PARA BIENES DE IMPORTACION -	DICE. EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO: A) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN HOJA MEMBRETADA FIRMADA. (ANEXO TÉCNICO 14). PREGUNTA: EL ANEXO 14 AL QUE REFIEREN EN DICHO NUMERAL CORRESPONDE EN LA SECCION DE ANEXOS A LA MANIFESTACION DE NO CONFLICTO DE INTERES, LA PREGUNTA ES SABER SI SE AGREGARA UN FORMATO PARA LA CARTA DE RESPALDO O PUEDE SER EN FORMATO LIBRE. FAVOR DE ACLARAR.	EL LICITANTE DEBERA OFERTAR EL ANEXO TECNICO 10 EN FORMATO LIBRE.
693442	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 61 BALON (BAKRI)DE SILICON 24 FR, SOSR-100500.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A MI PETICIÓN ANTERIOR SEA APEGADO A BASES, LE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO J-SOS-100500, YA QUE ES EL MODELO QUE SE HA ESTADO UTILIZANDO DE MANERA EFICAZ EN LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS.	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA EL MODELO SOSR-100500, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAAASP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PODRAN SER NEGOCIADAS".
693482	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO	TÉCNICO	PARTIDA 61 BALON (BAKRI)DE	LE SOLICITO A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL MODELO J-SOS-100500 EL CUAL CUMPLE CON LA	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA EL MODELO SOSR-100500, SIN QUE SE MODIFIQUE LA





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV		SILICON 24 FR, SOSR-100500.	DESCRIPCIÓN SOLICITADA, Y QUE EL MODELO J-SOSR-100500 ES MÁS CARO, DEBIDO A QUE CUENTA CON UNA VÍA DE INSTILACIÓN RÁPIDA Y SUS COMPONENTES.	CONVOCATORIA: LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
693493	PROMEDICA GARCIA SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS, INCISO A) ANEXO TÉCNICO 14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE PERMITE PRESENTAR CARTA DE APOYO FIRMADA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE CUENTE CON EL REPALDO DEL FABRICANTE POR ESCRITO, COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 4.1 CALIDAD. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
693494	PROMEDICA GARCIA SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS, INCISO A) ANEXO TÉCNICO 10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE PERMITE PRESENTAR CARTA DE APOYO FIRMADA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE CUENTE CON EL REPALDO DEL FABRICANTE POR ESCRITO, COMO SE SOLICITA EN EL NUMERAL 4.1 CALIDAD. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
693698	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PAG. 25 PARRAFO REFERENTE A LAS PARTIDAS 118 A 121	SE LE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR QUE PARA LAS PARTIDAS 118 A 121 NO PERTENECEN AL SECTOR DE ALTO FLUJO, YA QUE DEACUERDO AL ANEXO NUMERO 1 REQUERIMIENTO, ESTAS PARTIDAS CORRESPONDEN A FRESAS PARA UNIDADES ESTOMATOLÓGICAS, POR LO CUAL NO REQUIEREN DE TORRES DE ALTO FLUJO, NI MANTENIMIENTOS	LAS PARTIDAS 118 A 121 SON INDIVIDUALES Y NO SE RELACIONAN CON ALTO FLUJO
693699	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	LEGAL-ADMINISTRATIVA	13.6 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, PARRAFO 2	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS EN SENTIDO POSITIVA Y VIGENTE DEL DIA DE LA CARGA DE LA PROPUESTA A LA PLATAFORMA COMPRAMEX	SE ACLARA QUE LA PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DEL LICITANTE DEBERA REALIZARLA EN EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET 2023, ASI MISMO SE LE INFORMA QUE SE ACEPTA SU SOLICITUD.
693700	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	TÉCNICO	4.4 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS BASTARA CON PRESENTAR SOLO UNO DE LOS SIGUIENTE: FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS O MANUALES	LA PROPUESTA TECNICA DEBE VENIR A COMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS QUE FACILITEN LA COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DE LA CLAVE QUE OFERTE, POR LO QUE LA CONVOCANTE EXPONE



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
693701	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	24.29 RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	SE LE SOCITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE COMPARTIR ESTE ANEXO EN EDITABLE CORRESPONDIENTE A LA LICITACION, YA QUE EL QUE SE ENCUENTRA EN LA CONVOCATORIA NO COINCIDE CON LOS NUMERALES DE LA CONVOCATORIA, O BIEN SI SE PUEDE ADECUAR A DICHO PROCEDIMIENTO?	CUALES SON LAS OPCIONES PARA ESTA FIN. ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE SI PRESENTA SOLO UNO PARA LA EVALUACION FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA. CON RELACION AL ANEXO XVII RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION.
693702	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	24.30 TECNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS	SE LE SOCITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE COMPARTIR ESTE ANEXO EN EDITABLE CORRESPONDIENTE A LA LICITACION, YA QUE EL QUE SE ENCUENTRA EN LA CONVOCATORIA NO COINCIDE CON LOS NUMERALES DE LA CONVOCATORIA, O BIEN SI SE PUEDE ADECUAR A DICHO PROCEDIMIENTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA. CON RELACION AL ANEXO XVII RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION.
693703	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	TÉCNICO	4.1. CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS. CARTA DE APOYO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SOLO LA PRESENTACIÓN DE CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE, YA QUE DICHA CARTA SUSTENTA LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y EL APOYO SOLIDARIO EN CASO DE PARTICIPAR COMO DISTRIBUIDORES DE LOS MATERIALES Y QUE EN CASO DE NO PRESENTARSE O PRESENTAR LA DEL TITULAR DE REGISTRQ LA PROPUESTA SERA DESECHADA.	NO ES COMPRENSIBLE SU PLANTEAMIENTO PARA OTORGAR UNA RESPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DEL REGLAMENETO DE LA LAASSP LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA.
693704	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	OTROS	NUMERAL 1.6 PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL PODER AMPLIAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE 10 DIAS A 15 DIAS HABILES.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA ES DEFINIDO POR EL SISTEMA, TRAS LA GENERACION DE ORDENES DE REPOSICION. ADEMAS REMITIRSE A LA ACLARACIONES GENERALES AL RESPECTO.
693705	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	TÉCNICO	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS CERTIFICADOS DE CALIDAD	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO UNO DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, YA QUE CON ELLO ES SUFICIENTE PARA VALIDAR LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REQUERIDAS	NO SE ACEPTA, SE OTORGAN DISTINTAS OPCIONES PARA RESPALDAR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS A OFERTAR, ESTAS SON: ISO 9001:2008; CEE; FDA O ISO 13485 POR LO QUE DEBE PRESENTAR AL MENOS DOS COMO ES REQUERIDO
693812	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.6 PLAZO DE ENTREGA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLAREN: ¿LA ENTREGA SERA POR ORDEN DE REPOSICION O PEDIDO?	AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE GENERARAN ORDENES DE REPOSICION, ADEMAS APEGARSE A LAS ACLARACIONES GENERALES AL RESPECTO.
693813	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.2 EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA NUMERAL 3	DICE: 3. SE COMPROBARÁ LA CONGRUENCIA ENTRE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL LICITANTE A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS RUBROS B. CAPACIDAD DEL LICITANTE; C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE Y D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	SE ACLARA QUE DEL NUMERAL 2.2. Evaluación Técnico-Administrativa, numero 3. QUEDA SIN EFECTOS, POR LO CUAL NO DEBERA CONSIDERARLO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA, APLICA PARA TODOS LOS LICITANTES.

Calle Guacim española s/n, Col. Los Paraisos, C.P. 37249, Ixcán, Guanajuato.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLAREN: 1.-¿ES NECESARIO PRESENTAR CONTRATOS CELEBRADOS CON GOBIERNO O INSTITUCIONES PRIVADAS ? 2.-¿O BIEN EL NO PRESENTAR DICHO CONTRATOS NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO?	
693814	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVO A	4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONE S. INCISO B	EL ANEXO TECNICO 3 ¿PUEDE PRESENTARSE EN FORMATO LIBRE? PORQUE NO ESTA EN EL CONTENIDO DE LAS BASES	EL LICITANTE DEBERA OFERTAR EL ANEXO TECNICO 10 EN FORMATO LIBRE.
693815	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVO A	4.1. CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS. INCISO E)	EL DOCUMENTO AL QUE SE REFIEREN EN EL CITADO PUNTO ES ¿EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
693836	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVO A	12. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	LA CONVOCANTE NOS PUEDE ACLARAR LO SIGUIENTE: 1.- ¿SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO EL NO FOLIAR LA PROPUESTA AUN CUANDO LOS DOCUMENTOS SE PRESENTEN EN EL ORDEN QUE INDICA LAS BASES DE LICITACION? 2.- EN EL CASO DE QUE EL FOLIO SEA DE CARÁCTER OBLIGATORIO ¿PODEMOS FOLIAR DE MANERA INDIVUALY DE FORMA CONSECUTIVA TANTO LAS PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO, PODRA FOLIAR SU PROPUESTA DE MANERA SEPARADA.
693837	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 52	LA PIEZA EN "I" SOLICITADA ¿ ES PARA USO EN MICRONEBUJIZADOR? ¿DEBE TENER VALVULA LA PIEZA EN T?	ES PARA USO EN MAQUINA DE ANESTESIA, SIN VALVULA.
693838	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 75	ESTIMADA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR LAS SIGUIENTES DUDAS: 1.- ¿LA MASCARILLA DEBE TENER VALVULA ANTIASFIXIA/ANTIREHINALACION? 2.- ¿ESTA MASCARILLA ES PARA USO EN CIRCUITOS DE UNA SOLA RAMA? 3.- LA TECNOLOGIA DE NUESTRA MASCARILLA NO REQUIERE DE PERA BOMBILLA PARA EL INSUFLADO, SIENDO QUE YA ESTA INFLADA Y SE ADAPTA DE MANERA ANATOMICA A LA BARBILLA ¿SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR NUESTRA MASCARILLA SIN LA PERA BOMBILLA Y QUE ESTO NO SEA CAUSAL DE	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE POR LO QUE DE ACUERDO A ELLO PUEDE SER DESECHADA SU PROPUESTA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA

Calle Obispo España s/n. Col. Los Paraisos. C.P. 37225. Irapuato, Guanajuato
Tel. 477 773 05 80, www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
693839	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 76	DESECHAMIENTO? ¿ SE ACEPTA? ESTIMADA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR LAS SIGUIENTES DUDAS: 1.- ¿LA MASCARILLA DEBE TENER VALVULA ANTIAFXIA/ANTIREHINALACION? 2.- ¿ESTA MASCARILLA ES PARA USO EN CIRCUITOS DE UNA SOLA RAMA? 3.- LA TECNOLOGIA DE NUESTRA MASCARILLA NO REQUIERE DE PERA BOMBILLA PARA EL INSUFLADO, SIENDO QUE YA ESTA INFLADA Y SE ADAPTA DE MANERA ANATOMICA A LA BARBILLA ¿SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR NUESTRA MASCARILLA SIN LA PERA BOMBILLA Y QUE ESTO NO SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO? ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE POR LO QUE DE ACUERDO A ELLO PUEDE SER DESECHADA SU PROPUESTA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
693840	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 78	ESTIMADA CONVOCANTE LE PREGUNTO AMABLEMENTE: ¿PARA ESTA PARTIDA ES CORRECTO OFERTAR FILTRO BACTERIAL-VIRAL DESECHABLE TAMAÑO ADULTO?	ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR BACTERIAL-VIRAL DESECHABLE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
694751	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 75	FAVOR DE INDICAR SI LA CONVOCANTE PERMITE OFERTAR UNA MASCARILLA CON TECNOLOGIA FLEXIBLE EL CUAL PERMITE EL MEJOR ACOMODO PARA PACIENTE CON SONDA ORO Y NASOGASTRICA Y UNA MEJOR SUJECCION Y CONFORT Y EVITAR FUGAS EXEDENTES Y DISMINUIR EL DESACOMODO SEGUIDO DE LA MASCARILLA	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
694752	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 85	FAVOR DE INDICAR SI LA CONVOCANTE PERMITE OFERTAR UN CIRCUITO DE ANTESIA EL CUAL PUEDE SER EXTENDIBLE Y MEJORAR EL DISTANCIAMIENTO DEL EQUIPO Y PACIENTE A SU VEZ TENER UNA SOLA PARTE Y NO DOS COMO EN CIRUITOS DIVERSOS	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
694753	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 137 CLAVE 3844	SE PERMITE OFERTAR UN SISTEMA COMPLETO DE CPAP DE BURBUJA CON MEJOR TECNOLOGIA PARA LA REDUCCION DE LACERACIONES Y LESIONES EN TABIQUE Y PIEL DEL PACIENTE NEONATAL SIN NECESIDAD DE TANTA COMPRESION Y MEJORAR EL SELLADO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL.
694754	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 137 CLAVE 3851	SE PERMITE OFERTAR UN SISTEMA COMPLETO DE CPAP DE BURBUJA CON MEJOR TECNOLOGIA PARA LA REDUCCION DE LACERACIONES Y LESIONES EN TABIQUE Y PIEL DEL PACIENTE NEONATAL SIN NECESIDAD DE TANTA COMPRESION Y MEJORAR EL SELLADO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL.
694755	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 137 CLAVE 3852	SE PERMITE OFERTAR UN SISTEMA COMPLETO DE CPAP DE BURBUJA CON MEJOR TECNOLOGIA PARA LA REDUCCION DE LACERACIONES Y LESIONES EN TABIQUE Y PIEL DEL PACIENTE NEONATAL SIN NECESIDAD DE TANTA COMPRESION Y MEJORAR EL SELLADO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL.





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV		CLAVE 3869	CPAP DE BURBUJA CON MEJOR TECNOLOGIA PARA LA REDUCCION DE LACERACIONES Y LESIONES EN TABIQUE Y PIEL DEL PACIENTE NEONATAL SIN NECESIDAD DE TANTA COMPRESION Y MEJORAR EL SELLADO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?	REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL.
695052	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	OTROS	6. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, EN CASO DE REQUERIR MUESTRAS INDICAR POR FAVOR SI ESTAS SON DE CARACTER DEVOLUTIVO O NO.	NO SE REQUIEREN MUESTRAS FISICAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.
695053	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE: PARA LA PARTIDA 136:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO. EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 526.330.0013.00.01 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5WW00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR SI DEBEMOS COTIZAR ESTA CLAVE PARA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO DE LA PARTIDA DE CONSUMIBLES ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO O DEBEMOS COTIZARLO COMO EQUIPO DE PRÉSTAMO.	LAS CLAVES QUE COMPOENEN LA PARTIDA 136 DEBEN DE COTIZARSE, NO ES EQUIPO A PRETAMO.
695054	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE: PARA LA PARTIDA 136:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO. EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 526.330.0013.00.01 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5WW00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A. PREGUNTAMOS A LA RESPETUOSA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LA CLAVE ES CORRECTA PORQUE DICE QUE ES PARA USO EN VENTILADOR NEONATAL/PEDIÁTRICO Y SE PIDE JUNTO CON CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO.	LA CLAVE ES CORRECTA.
695055	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD	TÉCNICO	DICE: PARA LA PARTIDA 136:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO. EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 526.330.0013.00.01 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5WW00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A. PREGUNTAMOS A LA RESPETUOSA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LA CLAVE ES CORRECTA PORQUE DICE QUE ES PARA USO EN VENTILADOR NEONATAL/PEDIÁTRICO Y SE PIDE JUNTO CON CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO.	LO QUE CONSULTA ES COMPETENCIA DE SU PROPUESTA TECNICA.



ID de la pregunta	Licitante	tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MX SA DE CV			SIENDO LAS SIGUIENTES: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA RESPETUOSA CONVOCANTE ACLARAR COMO DEBERA REFERENCIARSE Y COMPROBARSE LA COMPATIBILIDAD DE TODAS LAS CLAVES QUE CONFORMAN LA PARTIDA 136.	
695058	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XVII	EN EL ANEXO XVII RELACION DE DOCUMENTOS, LOS NUMERALES DONDE SE REQUIEREN LOS DOCUMENTOS ESTAN DESFASADOS POR EJEMPLO EN EL ANEXO DICE NUMERAL 12.14 PERO EN LA CONVOCATORIA ES EL NUMERAL 13.1 Y ASI SUCESIVAMENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR DICHO ANEXO ¿SE ACEPTA ?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA.
695059	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 24.23	ANEXO XII SOLICITAN OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, DEBIDO A QUE LA VIGENCIA ES SOLO POR EL DIA QUE SE EMITE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INGRESAR LA OPINION CON FECHA DE EMISION DE 3 DIAS ANTERIORES A LA APERTURA DE LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA ?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
695060	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 4.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INGRESAR SOLO LAS PAGINAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y MANUALES ¿SE ACEPTA ?	SE ACEPTA, INGRESE SOLO LAS PAGINAS REFERENCIADAS, LA PROPUESTA TECNICA DEBE VENIR A COMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS QUE FACILITEN LA COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DE LA CLAVE QUE OFERTE, POR LO QUE LA CONVOCANTE EXPONE CUALES SON LAS OPCIONES PARA ESTA FIN. ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE SI PRESENTA SOLO INFORMACION PARCIAL. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695061	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE: PARA LA PARTIDA 136:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO- PEDIÁTRICO. EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 379.200.3976.00.00 CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE, PARA TERAPIA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENO (SHOT), CON CONEXION DE LA TOMA DE LISO DE PVC DE 1/8" Y CONECTOR TIPO COLA DE RATON. CON ALAMBRE CALENTADOR DE TUBO INTERNO Y DOS PUERTOS PARA CONEXION DE SENSOR DE TEMPERATURA. INCLUYE CAMARA DE	PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO PEDIATRICO

Calle Suroeste Espinosa s/n, Col. Los Paraisos, C. P. 57320, Ixcán, Quiché





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695062	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE: PARA LA PARTIDA 136:	HUMIDIFICACION UNIVERSAL (NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO) DESECHABLE CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD DE 150 ML.-PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: PSVZ00571. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PUEDA ACLARAR SI EL CONSUMIBLE COTIZADO DEBERÁ SER PARA TERAPIA DE HUMIDIFICACIÓN Y OXÍGENO (SHOT) O PARA ALTO FLUJO ADULTO- PEDIÁTRICO PORQUE SON TERAPIAS DIFERENTES.	NO ES COMPRENSIBLE SU PLANTEAMIENTO.
				HUMIDIFICACION UNIVERSAL (NEONATAL- PEDIÁTRICO-ADULTO) DESECHABLE CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD DE 150 ML.-PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: PSVZ00571. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PUEDA ACLARAR SI EL CONSUMIBLE COTIZADO DEBERÁ SER PARA TERAPIA DE HUMIDIFICACIÓN Y OXÍGENO (SHOT) O PARA ALTO FLUJO ADULTO- PEDIÁTRICO PORQUE SON TERAPIAS DIFERENTES.	





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Respuesta
695063	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	UNICA DE SU TIPO CON LA QUE SOLO PUEDE PARTICIPAR UN LICITANTE, AUTORICE COTIZAR CLAVE PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO 379.200.4057.00.00 CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTO LLENADO DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 900PT501 PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO. EL CIRCUITO PROPUESTO INCLUYE EL CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA INTERCONSTRUIDO QUE LO CONVIERTE EN TECNOLOGIA SUPERIOR, EVITANDO LA COMPRA ADICIONAL EXTERNA DE LAS CLAVES 526.0081.0568.00.01 Y 526.0766.0495.00.01, EVITANDO PREJUICIOS ECONÓMICOS AL IMSS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE REQUIERE COTIZACION DE LAS TORRES, LA CONFIGURACION DE LAS CLAVES DE LA PARTIDA 136 CONFORMAN POR COMPLETO LAS TORRES DE ALTO FLUJO. POR ELLO SE SOLICITA LA COTIZACION DE TODAS Y NO POR SEPARADO ASI COMO RESPONSABILIZAR AL ADJUDICADO A QUE PROVEA TODO ADITAMENTO NECESARIO





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				INVARIABLEMENTE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR PODRÁ REALIZARSE SIEMPRE Y CUANDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE ESTABLEZCA QUE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ PROPORCIONAR EL CITADO EQUIPO SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO PARA EL CONSUMO DE LOS MATERIALES.	
695064	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE PARA LA PARTIDA 137:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL: EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 526.330.0013.00.01 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5WW00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR SI DEBEMOS COTIZAR ESTA CLAVE PARA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO DE LA PARTIDA DE CONSUMIBLES ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO O DEBEMOS COTIZARLO COMO EQUIPO DE PRÉSTAMO.	LAS CLAVES QUE COMPONEN LA PARTIDA 136 DEBEN DE COTIZARSE, NO ES EQUIPO A PRETAMO
695065	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE PARA LA PARTIDA 137:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL: EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 526.081.0568.00.01 CABLE ADAPTADOR PARA CALENTADOR DE TUBO, PARA CIRCUITOS DESECHABLES "VENTILA" & "SHOT". PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H8ZZ00401. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR SI DEBEMOS COTIZAR ESTA CLAVE PARA COMPRA DE LA PARTIDA DE CONSUMIBLES ALTO FLUJO NEONATAL PORQUE DICE QUE ES PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT), Y NO SE SOLICITA EN LA PARTIDA 137.	SE LE ACLARA QUE SI ES DE SU INTERES PARTICIPAR EN EL PRESENTE EVENTO, DEBE COTIZAR LAS PARTIDAS COMO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL ANEXO NUMERO 1: REQUERIMIENTO





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695066	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE PARA LA PARTIDA 137:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL: EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 526.766.0495.00.01 SENSOR DE TEMPERATURA DUAL REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5D05011. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT). S SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR SI DEBEMOS COTIZAR ESTA CLAVE PARA COMPRA DE LA PARTIDA DE CONSUMIBLES ALTO FLUJO NEONATAL PORQUE DICE QUE ES PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT), Y NO SE SOLICITA EN LA PARTIDA 137.	SE LE ACLARA QUE SI ES DE SU INTERES PARTICIPAR EN EL PRESENTE EVENTO, DEBE COTIZAR LAS PARTIDAS COMO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL ANEXO NUMERO 1: REQUERIMIENTO
695067	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE PARA LA PARTIDA 137:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL. EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 5. EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ LLEVAR A CABO EL ARMADO Y LA INSTALACIÓN DE LAS TORRES DE ALTO FLUJO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE Y DEBERÁ CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE TODO ADITAMENTO, ADAPTADOR, TRIPIE, MANGUERA O CUALQUIER ACCESORIO QUE REQUIERA LA CONFIGURACIÓN DE LAS TORRES DE ALTO FLUJO QUE OFERTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PUEDA DECIR SI LAS TORRES DE ALTO FLUJO DEBEN DE COTIZARSE COMO VENTA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO, INCLUYENDO EN LA COTIZACIÓN LA INCLUSIÓN DE TODO ADITAMENTO, ADAPTADOR, TRIPIE, MANGUERA O CUALQUIER ACCESORIO QUE REQUIERA LA CONFIGURACIÓN DE LAS TORRES DE ALTO FLUJO QUE OFERTE PARA QUEDARSE COMO PROPIEDAD DEL IMSS O DEBEMOS APEGARNOS A LO QUE SE CITA EN LA PÁGINA 68 DE LA CONVOCATORIA ASOCIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO A LAS PARTIDAS (EN APEGO AL TERCER PÁRRAFO DEL ART. 55 DE LA LAASSP) QUE SEÑALA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES CUYO CONSUMO HAGA NECESARIA	NO SE REQUIERE COTIZACION DE LAS TORRES, LA CONFIGURACION DE LAS CLAVES DE LA PARTIDA 136 CONFORMAN POR COMPLETO LAS TORRES DE ALTO FLUJO, POR ELLO SE SOLICITA LA COTIZACION DE TODAS Y NO POR SEPARADO ASI COMO RESPONSABILIZAR AL ADJUDICADO A QUE PROVEA TODO ADITAMENTO NECESARIO





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				INVARIABLEMENTE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR PODRÁ REALIZARSE SIEMPRE Y CUANDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION SE ESTABLEZCA QUE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ PROPORCIONAR EL CITADO EQUIPO SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO PARA EL CONSUMO DE LOS MATERIALES.	
695068	BAXTER SA DE CV	ECONÓMICO	1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARI A	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO, TAL COMO LO ESTIPULA EN EL PUNTO 1.5 DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE RATIFICAR	SE CONFIRMA QUE SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
695069	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	1.4 VIGENCIA DE LA CONTRATACION	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE EN EL SUPUESTO DE AGOTARSE EL 100% DEL CONTRATO ANTES DE LA FECHA DE VIGENCIA DE LA CONTRATACION, SE PODRÁ CONSIDERAR LA AMPLIACIÓN DEL 20%, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LAASP, ESTO PARA NO AFECTAR LA OPERACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS PACIENTES BENEFICIADOS POR ESTA TERAPIA.	EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO Y EN BASE A LAS NECESIDADES DE MATERIAL EN APEGO AL ART. 47 DE LA LAASP, SE PODRÍA REALIZAR LA AMPLIACION DEL 20%. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695070	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	1.6 PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ESTARÁN SOLICITANDO POR LAS NECESIDADES DE LA OOAD MATERIAL REMISIONADO A CUENTA DE ORDEN DE REPOSICIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER EN CUENTA EL MATERIAL PARA ENTREGA INMEDIATA Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE	EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO, SE INFORMA QUE NO SE SOLICITARA MATERIAL REMISIONADO A CUENTA DE ORDEN DE REPOSICION. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695071	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS. ANEXO TECNICO (1-14)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE DICHO ANEXOS TECNICOS SON UNICAMENTE PARA REFERENCIA, ES DECIR, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION O ESCRITOS EN FORMATO LIBRE REFERENCIADOS CON EL NOMBRE DEL ANEXO SEGÚN CORRESPONDA. FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, EL SENALAMIENTO COMO ANEXO, ES DE REFERENCIA.
695072	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS. ANEXO TECNICO (1-14)	EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR DICHO ANEXOS TECNICOS PARA SER REQUISITADOS.	LA RESPUESTA ATENTOR, NO ES NEGATIVA.
695073	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS. ANEXO XXIII. ANEXOS ÁREA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE DICHO ANEXOS TECNICOS SON UNICAMENTE PARA REFERENCIA, ES DECIR, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION	ES CORRECTA SU APRECIACION, SON ANEXOS DE REFERENCIA PARA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.

Calle Surcúa España s/n, Col. Los Pajaritos, C. P. 37000, Guanajuato, Gto.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			REQUIRENTE	O ESCRITOS EN FORMATO LIBRE REFERENCIADOS CON EL NOMBRE DEL ANEXO SEGÚN CORRESPONDA. FAVOR DE CONFIRMAR	LA RESPUESTA ATENTIOR, NO ES NEGATIVA.
695074	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS. ANEXO XXIII. ANEXOS ÁREA REQUIRENTE	EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR DICHS ANEXOS PARA SER REQUISITADOS.	SE ACEPTA, COMO OPCION, CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, POR LOS TERMINOS PARTICULARES QUE MANIFIESTA.SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695075	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 CALIDAD: BIENES DE IMPORTACION. DISTRIBUIDOR PRIMARIO: CARTA DE APOYO	EN VIRTUD DE QUE MI REPRESENTADA ES EL FILIAL EN MEXICO DEL FABRICANTE Y TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. SOLICITO AMABLEMENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SEA SUFICIENTE PRESENTAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL ADIUNTANDO PARA SOPORTE DE DICHA CARTA EL PODER DE DISTRIBUCION OTORGADO POR EL FABRICANTE A MI REPRESENTADA	SE LE ACLARA QUE SI ES DE SU INTERES PARTICIPAR EN EL PRESENTE EVENTO, DEBE COTIZAR LAS PARTIDAS COMO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL ANEXO NUMERO 1 : REQUERIMIENTO
695076	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE: PARA LA PARTIDA 136:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO. EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 526.0081.0568.00.01 CABLE ADAPTADOR PARA CALENTADOR DE TUBO, PARA CIRCUITOS DESECHABLES "VENTILA" & "SHOT". PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H8ZZ00401. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR SI DEBEMOS COTIZAR ESTA CLAVE PARA COMPRA DE LA PARTIDA DE CONSUMIBLES ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO PORQUE DICE QUE ES PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT), Y NO SE SOLICITA EN LA PARTIDA 136.	SE LE ACLARA QUE SI ES DE SU INTERES PARTICIPAR EN EL PRESENTE EVENTO, DEBE COTIZAR LAS PARTIDAS COMO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL ANEXO NUMERO 1 : REQUERIMIENTO
695077	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	DICE: PARA LA PARTIDA 136:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO. EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 526.0766.0495.00.01 SENSOR DE TEMPERATURA DUAL REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE	SE LE ACLARA QUE SI ES DE SU INTERES PARTICIPAR EN EL PRESENTE EVENTO, DEBE COTIZAR LAS PARTIDAS COMO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL ANEXO NUMERO 1 : REQUERIMIENTO

Carretera Federal Mérida-Estrella, S.A. de C.V. Col. Bosque Paraiso, C.P. 21220, Mérida, Yucatán, México. Tel. 477 772 05 85, www.imss.gub.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento,
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>CATALOGO: H5D05011. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM</p> <p>MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR SI DEBEMOS COTIZAR ESTA CLAVE PARA COMPRA DE LA PARTIDA DE CONSUMIBLES ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO PORQUE DICE QUE ES PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT), Y NO SE SOLICITA EN LA PARTIDA 136.</p>	
695078	<p>INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV</p>	<p>TÉCNICO</p>	<p>DICE PARA LA PARTIDA 137:</p>	<p>CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL: EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 379.200.3844.00.00 CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL DESECHABLE. PARA TERAPIA DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA. CON CALENTADOR DE TUBO EN LA RAMA INSPIRATORIA. INCLUYE PUNTAS NASALES CON PUERTO DE INSPIRACION Y ESPIRACION TALLA 0 (O PARA PACIENTES DE <700 GR), Codos PARA CONEXION DE CANULA, PUERTO Y LINEA DE MONITORIZACION DE PRESION DE PVC, TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, VALVULA PEEP O GENERADOR DE CPAP CON INTERVALO DE AJUSTE DE 1.5 A 20 CMH2O, GORRO Y CINTA VELCRO DE 15 CM. CON CAMARA DE HUMIDIFICACION DESECHABLE UNIVERSAL (PARA PACIENTE NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO), CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON HASTA 150 MIL DE CAPACIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5V200501. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. SOLICITAMOS A LA RESPETUOSA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CLAVES DE NUESTRO FABRICANTE DISEÑADAS PARA</p>	<p>SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPOSTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA</p>

TEL. 477 773 05 82, WWW.IMSS.GOB.MX





ID de la pregunta Licitante Tipo de aclaración Sección de la convocatoria Aclaración Respuesta

	<p>ALTO FLUJO NEONATAL QUE TIENE LAS CLAVES 379.200.3471.00.00, 379.171.3666.00.00, COMO ES LA SOLICITUD EN LA CONVOCATORIA, PORQUE PIDE CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES SEÑALA QUE ES PARA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA, QUE SON TERAPIAS DIFERENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>		
<p>695079 INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV</p>	<p>TÉCNICO</p>	<p>DICE PARA LA PARTIDA 137:</p>	<p>SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGÍA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPIETA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA</p>





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCENTRALADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			DICE PARA LA PARTIDA 137	<p>AÉREA, QUE SON TERAPIAS DIFERENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL: EL LICITANTE INTERESADO DEBERÁ OFERTAR TODAS PARTIDAS, NO POR SEPARADO, SIENDO LAS SIGUIENTES:</p> <p>379.200.3869.00.00 CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, DESECHABLE; PARA TERAPIA DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA. CON CALENTADOR DE TUBO EN LA RAMA INSPIRATORIA. INCLUYE PUNTAS MASALES CON PUERTO DE INSPIRACION Y ESPIRACION TALLA 2 (O PARA PACIENTES DE 1250-2000 GR), CODOOS PARA CONEXION DE CANULA, PUERTO Y LINEA DE MONITORIZACION DE PRESION DE PVC, TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, VALVULA PEEP O GENERADOR DE CPAP CON INTERVALO DE AJUSTE DE 1.5 A 20 CMH2O, GORRO Y CINTA VELCRO DE 15 CM. CON CAMARA DE HUMIDIFICACION DESECHABLE UNIVERSAL (PARA PACIENTE NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO), CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON HASTA 150 ML DE CAPACIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: PSVZ00521. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CALFAFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. SOLICITAMOS A LA RESPETUOSA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CLAVES DE NUESTRO FABRICANTE DISEÑADAS PARA ALTO FLUJO NEONATAL QUE TIENE LAS CLAVES 379.200.3471.00.00, 379.171.3682.00.00, COMO ES LA SOLICITUD EN LA CONVOCATORIA, PORQUE PIDE CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES SEÑALA QUE ES PARA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA, QUE SON TERAPIAS DIFERENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA</p>
695081	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 137 DEL REQUERIMIENTO:	<p>CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL, RESPECTO A LA CLAVE 526.330.0013.00.01, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE</p>	<p>EL REQUERIMIENTO NO SOLICITA LA CLAVE 526.330.0054.00.00., SI SE REFIERE A LA 526.330.0013., NO SE ACEPTA YA QUE NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL</p>

Tel. 477 723 05 40, www.imss.gob.mx



[Handwritten signature]



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695082	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 137 DEL REQUERIMIENTO:	PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURRENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR EQUIPOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 526.330.0054.00.00, EL CUAL CUMPLE CON LA NECESIDAD SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695083	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 137 DEL REQUERIMIENTO:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL, RESPECTO A LA CLAVE 379.200.3851.00.00, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURRENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR EQUIPOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.817.0282.00.00, DICHA CLAVE PERMITA PROPORCIONARLE AL PACIENTE UNA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA, ASÍ MISMO PERMITA OFERTAR LAS CLAVES 379.458.0054.00.00, 379.615.0138.00.00 Y 379.403.0407.00.00, ESTO PARA PODER IMPARTIR UNA TERAPIA DE MANERA CORRECTA Y SE ACOPLA A LAS MEDIDAS QUE EL PACIENTE REQUIERE, EVITANDO TRAUMATISMOS Y OTORGANDO UNA CALIDAD EN LA TERAPIA. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR,





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Respuesta
	VARGAS ORTEGA		PARTIDA 137 DEL REQUERIMIENTO:	RESPECTO A LA CLAVE 379.200.3869.00.00, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURRENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR EQUIPOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.817.0282.00.00, DICHA CLAVE PERMITA PROPORCIONARLE AL PACIENTE UNA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA, ASÍ MISMO PERMITA OFERTAR LAS CLAVES 379.458.0054.00.00, 379.615.0138.00.00 Y 379.403.0407.00.00, ESTO PARA PODER IMPARTIR UNA TERAPIA DE MANERA CORRECTA Y SE ACOPLA A LAS MEDIDAS QUE EL PACIENTE REQUIERE, EVITANDO TRAUMATISMOS Y OTORGANDO UNA CALIDAD EN LA TERAPIA. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIOR MENTE ¿SE ACEPTA?
695084	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 137 DEL REQUERIMIENTO:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL, RESPECTO A LA CLAVE 526.0081.0568.00.01, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURRENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR EQUIPOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.156.9555.00.00, EL CUAL CUMPLE CON LA NECESIDAD SOLICITADA POR

TEL. 477 773 05 80, www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DEL GOBIERNO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695085	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 137 DEL REQUERIMIENTO:	LA CONVOCANTE, DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA? CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL, RESPECTO A LA CLAVE 526.0766.0495.00.01, LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURRENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR EQUIPOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.822.0228.00.01, EL CUAL CUMPLE CON LA NECESIDAD SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL.
695086	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 137.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS RENGONES SOLICITADOS EN ESTA PARTIDA (HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO, MEZCLADOR AIRE-OXÍGENO, CABLE ADAPTADOR PARA CIRCUITO CALENTADO, SENSOR DE TEMPERATURA) SERÁN ADQUIRIDOS PARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO O COMODATO.	LAS PARTIDAS SERAN PROPIEDAD DEL INSTITUTO
695089	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PÁG. 70, "PARA LA PARTIDA 12"	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUANTOS EQUIPOS A COMODATO ESTÁN SOLICITANDO PARA ESTA PARTIDA.	PARA DAR RESPUESTA SE HACE MENCION SE REQUIEREN 10, ES DECIR AL MENOS UN EQUIPO POR CADA HOSPITAL, DE ACUERDO A LA DINAMICA EN CADA UNIDAD MEDICA, NO SE ESPECIFICO JUSTO POR EL DINAMISMO DE PACIENTES
695093	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 137 CLAVE SA: 379.200.3844.00.00.	"CONTINUANDO CON EL TEXTO ANTERIOR" 379.403.0399.00.00 BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 17-22 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC300-05. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL.

CELULAR: 477 712 05 HD. MOV. 3199.000.HU





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695094	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 137 CLAVE SAI: 379.200.3851.00.0	<p>PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA PARA ADMINISTRACIÓN DE CPAP DE BURBUJA PARA PACIENTES NEONATALES, LA CUAL CUMPLE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRAR LA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CON UN SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y TEMPERATURAS ÓPTIMAS; CONFORMADO POR LAS CLAVES: 379.817.0282.00.00 SISTEMA CPAP DE BURBUJA, INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO, CAMARA DE HUMIDIFICACION, TUBULADURA DE PRESIONAJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION. PARAINTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC161-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.</p> <p>379.458.0054.00.00 INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 70 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC191-05. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.</p> <p>379.615.0138.00.00 MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO MEDIANO PARA PACIENTES DE HASTA 1.5KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC801-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS.</p>	<p>SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPOSTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA</p>

Tel. 477 713 95 HD. www.imss.gob.mx



7



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Aclaración	Respuesta	
695096	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MODELO: VARIOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS RATIFIQUE QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTAR LOS ANEXOS O ESCRITOS QUE NO APLICAN A MI REPRESENTADA CON LA LEYENDA DE NO APLICA. FAVOR DE RATIFICAR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE LA PRESENTACIÓN ES DE CAJA CON 4 PZAS CADA UNA O EN SU DEFECTO ESPECIFIQUE SU REQUERIMIENTO POR PZA INDIVIDUAL	EN CASO DE QUE NO LE APLIQUE ALGUN ANEXO, DEBERA MANIFESTARLO EN SU PROPUESTA NO SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO O LAS CANTIDADES, FAVOR DE ALINEAR CON CUADROS BASICOS LA PRESENTACION DE SUS PRODUCTOS.	
695097	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS TECNICO A1 REQUERIMIENTO. PARTIDA 9 (CLAVE 2914 Y 2898)	SE INFORMA QUE NO SE REQUIEREN MUESTRAS FISICAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.	
695098	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TECNICO. A1. PARTIDA 9 (CLAVE 3629, 3637, 2914, 3208 Y 2898)	EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO, SE ACEPTA QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALICE DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL TÉCNICO Y DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y DEBERA FACILITAR DICHO DOCUMENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.	
695099	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ASOCIACION DE EQUIPO MEDICO. PARTIDA 9	SE INFORMA QUE NO SE REQUIEREN MUESTRAS FISICAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.	
695100	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ASOCIACION DE EQUIPO MEDICO. PARTIDA 9	EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MENOS EN DOS OCASIONES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONSUMIBLES, DEL EQUIPO LOCALIZADO EN EL HGR 58, INCLUIR ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y REFACCIONES; SIN COSTO EXTRA PARA EL INSTITUTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA ENTIDAD CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALICE DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL TÉCNICO Y DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA OFERTADA. DICE: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MENOS EN DOS OCASIONES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONSUMIBLES, DEL EQUIPO LOCALIZADO EN EL HGR 58, INCLUIR ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y REFACCIONES; SIN COSTO EXTRA PARA EL INSTITUTO. PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR Y LA CONVOCANTE REQUIERA LOS MANTENIMIENTOS SEGÚN LA CONVOCATORIA Y NO ACORDE A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE SE INFORMA QUE ESTOS MANTENIMIENTOS ADICIONALES PODRÍAN	NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR

Calle Surcubim Barrios Escobedo #74 Col. Los Paraisos C.P. 57220 León, Guanajuato
Tel. 477 713 05 80, 477 5189, 900 262





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695101	BAXTER SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	ASOCIACION MEDICO.DOMICILIOS PARA ENTREGAS DE EQUIPAMIENTO	GENERAR COSTOS ADICIONALES EN REFACCIONES Y SERVICIOS PREVENTIVOS LO CUAL IMPACTA DIRECTAMENTE EN EL PRECIO UNITARIO.A SER OFERTADO DE LOS CONSUMIBLES. CONSIDERANDO EL PUNTO 1.7 "LUGAR DE ENTREGA" DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE QUE TODAS NUESTRAS ENTREGAS DE MATERIAL SE REALIZAN DIRECTAMENTE EN ALMACÉN DELEGACIONAL Y EN CASO DE REQUERIR UNA ENTREGA EN UNA DIRECCIÓN DIFERENTE PODREMOS HACERLO CONFORME A SU SOLICITUD POR CORREO O MEDIANTE OFICIO CONSIDERANDO EL TIEMPO DE ALTA DE ESE PUNTO DE ENTREGA INFORMANDO A TODOS LOS INVOLUCRADOS TANTO DE LA OOAD IMSS GTO COMO DE MI REPRESENTADA.	SE ACEPTA, ADEMAS REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES AL RESPECTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695102	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ASOCIACION EQUIPO MEDICO. PARTIDA 9	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ESTA CONSIDERANDO DENTRO DE SU REQUERIMIENTO SOLICITAR UN EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL ADICIONAL A MANERA DE COMODATO SIN COSTO PARA ESTA OOAD CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA MAYOR CANTIDAD DE PACIENTES QUE ASI LO REQUIERAN Y QUE ESTO SIGNIFIQUE MAYOR COBERTURA EN CUANTO ATENCION DE LOS PACIENTES Y UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN RELACION AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE ESTA OOAD.	SE INFORMA QUE NO SE REQUIERE EQUIPO MEDICO ADICIONAL
695103	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 136 DEL REQUERIMIENTO:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO, RESPECTO A LA CLAVE 379.200.3976.00.00, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURRENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR CONSUMIBLES DE CALIDAD PARA OTORGAR UNA TERAPIA Y TRATAMIENTO DIGNO A LOS PACIENTES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL.

El presente documento se genera automáticamente por el sistema de gestión de la información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. No se permite su modificación manual.





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695104	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 136 DEL REQUERIMIENTO:	CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.200.3539.00.00, CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA PARTIDA 136 "CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO", EL CUAL ES UN CIRCUITO PARA IMPARTIR TERAPIA DE ALTO FLUJO Y ES COMPATIBLE CON LAS CLAVES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE 379.171.3591.00.01, 379.171.3609.00.01 Y 379.171.3617.00.01. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA? CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO, RESPECTO A LA CLAVE 526.330.0013.00.01, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR EQUIPOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 526.330.0054.00.00, EL CUAL CUMPLE CON LA NECESIDAD SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA? CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO, RESPECTO A LA CLAVE 526.330.0013.00.01, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 526.330.0054.00.00 EN LA MODALIDAD DE COMODATO CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA IMPARTIR LA TERAPIA, ESTO PERMITE A LA UNIDADES MEDICAS OCUPAR EL	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL.
695105	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 136 DEL REQUERIMIENTO:	CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.200.3539.00.00, CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA PARTIDA 136 "CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO", EL CUAL ES UN CIRCUITO PARA IMPARTIR TERAPIA DE ALTO FLUJO Y ES COMPATIBLE CON LAS CLAVES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE 379.171.3591.00.01, 379.171.3609.00.01 Y 379.171.3617.00.01. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA? CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO, RESPECTO A LA CLAVE 526.330.0013.00.01, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR EQUIPOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 526.330.0054.00.00, EL CUAL CUMPLE CON LA NECESIDAD SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA? CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO, RESPECTO A LA CLAVE 526.330.0013.00.01, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 526.330.0054.00.00 EN LA MODALIDAD DE COMODATO CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA IMPARTIR LA TERAPIA, ESTO PERMITE A LA UNIDADES MEDICAS OCUPAR EL	NO SE ACEPTA, NO SE SOLICITAN EQUIPOS COMODATO EN ESTA PARTIDA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695107	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 136 DEL REQUERIMIENTO:	PRESUPUESTO EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONSUMIBLES Y PODER OTORGAR ATENCIÓN DE CALIDAD A UNA MAYOR CANTIDAD DE POBLACIÓN. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIOR MENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE SOLICITAN EQUIPOS COMODATO EN ESTA PARTIDA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".
695108	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 136 DEL REQUERIMIENTO:	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO- PEDIÁTRICO, RESPECTO A LA CLAVE 526.521.0046.00.01, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTA MISMA CLAVE EN LA MODALIDAD DE COMODATO CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA IMPARTIR LA TERAPIA, ESTO PERMITE A LA UNIDADES MÉDICAS OCUPAR EL PRESUPUESTO EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONSUMIBLES Y PODER OTORGAR ATENCIÓN DE CALIDAD A UNA MAYOR CANTIDAD DE POBLACIÓN, EVITANDO LA OCUPACIÓN DEL RECURSO EN SINIESTROS Y/O MANTENIMIENTOS MAYORES QUE SE PUEDA GENERAR POR DAÑO O INHABILITACIÓN DEL EQUIPO PROPIO, SIENDO ESTA CAUSA UNA DE LAS PRINCIPALES AL NO PROPORCIONAR A LOS PACIENTES LA TERAPIA REQUERIDA POR LAS PATOLOGÍAS EXISTENTES Y AUMENTANDO LA TASA DE MORTALIDAD EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIOR MENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695109	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 136 DEL REQUERIMIENTO:	<p>MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA?</p> <p>CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO ADULTO-PEDIÁTRICO, RESPECTO A LA CLAVE 526.0766.0495.00.01, LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURRENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR EQUIPOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.822.0228.00.01, EL CUAL CUMPLE CON LA NECESIDAD SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL</p>
695110	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	RESPECTO A LA PARTIDA 137 DEL REQUERIMIENTO:	<p>MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA?</p> <p>CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL, RESPECTO A LA CLAVE 526.330.0013.00.01, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 526.330.0054.00.00 EN LA MODALIDAD DE COMODATO CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA IMPARTIR LA TERAPIA, ESTO PERMITE A LA UNIDADES MÉDICAS OCUPAR EL PRESUPUESTO EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONSUMIBLES Y PODER OTORGAR ATENCIÓN DE CALIDAD A UNA MAYOR CANTIDAD DE POBLACIÓN, EVITANDO LA OCUPACIÓN DEL RECURSO EN SINIESTROS Y/O MANTENIMIENTOS MAYORES QUE SE PUEDA GENERAR POR DAÑO O INHABILITACIÓN DEL EQUIPO PROPIO. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, NO SE SOLICITAN EQUIPOS COMODATO EN ESTA PARTIDA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".</p>



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695111	RADAMES VARGAS ORTEGA	TÉCNICO	CONSUMIBLES PARA ALTO FLUJO NEONATAL, RESPECTO A LA CLAVE 379.200.3844.00.00, LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE HACE REFERENCIA A UNA SOLA MARCA Y EQUIPO, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO Y PARA APLICACIÓN DE TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA 2025, ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ARTÍCULO 42 Y 43, ASÍ COMO ASEGURAR LA MAYOR CONCURRENCIA DE LICITANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, COMO TAMBIÉN OFERTAR EQUIPOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD NACIONAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.817.0282.00.00, DICHA CLAVE PERMITA PROPORCIONARLE AL PACIENTE UNA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA, ASÍ MISMO PERMITA OFERTAR LAS CLAVES 379.458.0047.00.00, 379.615.0120.00.00 Y 379.403.0399.00.00, ESTO PARA PODER IMPARTIR UNA TERAPIA DE MANERA CORRECTA Y SE ACOPLA A LAS MEDIDAS QUE EL PACIENTE REQUIERE, EVITANDO TRAUMATISMOS Y OTORGANDO UNA CALIDAD EN LA TERAPIA. DE ACUERDO CON LO MENCIONADO ANTERIOR MENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, COMO OPCIÓN PUEDE OFERTAR, TECNOLOGÍA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA	
695112	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA, NUMERAL 13.6, PÁG. 29	SE ENTIENDE QUE, PARA ESTE NUMERAL ADEMÁS DE LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT, SE DEBERÁ ANEXAR TAMBIÉN LA OPINIÓN POSITIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) Y EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS RENGLONES SOLICITADOS EN ESTA PARTIDA (HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO, MEZCLADOR AIRE-OXIGENO, CABLE ADAPTADOR PARA CIRCUITO CALENTADO, SENSOR DE TEMPERATURA) SERÁN ADQUIRIDOS PARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO O	SI, ES CORRECTA SU APRECIACION.
695114	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 136.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS RENGLONES SOLICITADOS EN ESTA PARTIDA (HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO, MEZCLADOR AIRE-OXIGENO, CABLE ADAPTADOR PARA CIRCUITO CALENTADO, SENSOR DE TEMPERATURA) SERÁN ADQUIRIDOS PARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO O	LAS PARTIDAS SERAN PROPIEDAD DEL INSTITUTO

TEL. 377 712 05 03, WWW.IMSS.GOB.MX



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695115	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA, NUMERAL 13.6, PÁG. 29	COMODATO. EN CASO DE RESPUESTA POSITIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PRESENTAR DICHA OPINIÓN DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA PARA AQUELLOS LICITANTES QUE DESEEN SUBIR SUS PROPUESTAS CON ANTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
695120	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 136. CLAVE SAI 379.200.3976.00.00	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN CIRCUITO CON CLAVE SAI 379.200.4057.00.00 DESCRIPCIÓN: "CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTO LLENADO DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 900PT501. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO CLAVE: 531.480.0201. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS." LA PROPUESTA CUMPLE CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y ES PARA USO CON LA INTERFAZ DE PACIENTE SOLICITADAS: "379.171.3591.00.01, 379.171.3609.00.01, 379.171.3617.00.01" LA CLAVE SAI SOLICITADA: "379.200.3976.00.00" ES PARA EMPLEO DE PARA TERAPIA DE HUMIDIFICACIÓN Y OXÍGENO (TERAPIA SHOT), SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE SOLICITADA, DIFIERE DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO: "CONTRATACIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 379, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES, TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA", ESPECIFICAMENTE PARA EL EMPLEO DE TERAPIA DE ALTO FLUJO, YA QUE LA TERAPIA SHOT ES DIFERENTE A LA TERAPIA DE ALTO FLUJO; "EL SISTEMA SHOT (SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y OXÍGENO-TERAPIA) BRINDA OXÍGENO SUPLEMENTARIO A PACIENTES DE MODO NO INVASIVO, PROPORCIONANDO LOS NIVELES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD NECESARIOS PARA PRESERVAR EL MECANISMO DE DEFENSA NATURAL DE CUERPO A TRAVÉS DEL GAS PROPORCIONADO A	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA

Calle Suecia esquina España s/n. Col. Los Panteones, C. P. 37229, Ica. Guanajuato, Gto.
Tel. 477 773 05 40, www.imss.gob.mx



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>PACIENTES. EL FLUJO DE OXÍGENO A TRAVÉS DE ESTOS DISPOSITIVOS ES LIMITADO Y NO SUELE SER MAYOR DE 15L/MIN." POR EL CONTRARIO, LA TERAPIA DE ALTO FLUJO, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LA TERAPIA DE ALTO FLUJO: "LA TERAPIA CON CÁNULAS NASALES DE ALTO FLUJO (CNAF) CONSISTE EN SUMINISTRAR UNA MEZCLA DE GASES A FLUJOS MAYORES DE 15 Y HASTA 60 LITROS POR MINUTO, EN NIÑOS FLUCTÚAN ENTRE 2 A 25 LITROS POR MINUTO, CON TEMPERATURA DE 34° A 37°</p>	
695121	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	<p>PROCEDENTE A LA PARTIDA 136. CLAVE SAI 379.200.3976.00.0</p>	<p>"CONTINUANDO CON EL TEXTO ANTERIOR" Y UNA HUMEDAD DE 100%, LAS CONCENTRACIONES DE FIO2 OSCILAN DE 21 AL 100%, SE USA UNA INTERFAZ QUE SE CONOCE COMO CÁNULAS NASALES LAS CUALES HACEN CONFORTABLE SU USO." POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EL BIEN PROPUESTO QUE ES PARA EL SUMINISTRO DE LA TERAPIA DE ALTO FLUJO Y CUMPLE CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN, TERAPIA DE ALTO FLUJO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, COMO OPCIÓN PUEDE OFERTAR, TECNOLOGÍA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA</p>
695122	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	<p>PROCEDENTE A LA PARTIDA 136. CLAVE SAI 526.330.0013.00.0 1, 526.521.0046.00.0 1, 5</p>	<p>SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TORRE DE ALTO FLUJO ADULTO- PEDIÁTRICO EN CALIDAD DE COMODATO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO "ASOCIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO A LAS PARTIDAS (EN APEGO AL TERCER PÁRRAFO DEL ART. 55 DE LA LAASSP)" DE LA CONVOCATORIA PARA USO CON LOS CONSUMIBLES OFERTADOS, CLAVES SAI: "379.200.4057.00.00, 379.171.3591.00.01, 379.171.3609.00.01, 379.171.3617.00.01. EL CUAL CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO PARA LA TERAPIA DE ALTO FLUJO. LA PROPUUESTA CUMPLE CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, AL ADQUIRIR POR EL INSTITUTO ÚNICAMENTE CLAVES DEL GRUPO 379. PROPORCIONANDO EQUIPOS MÉDICOS Y ACCESORIOS EN CALIDAD DE COMODATO EN CANTIDADES SOLICITADAS POR EL INSTITUTO. YA QUE NO SE PUEDEN COMPRAR TORRES DE ALTO FLUJO (EQUIPO MÉDICO) A TRAVÉS DE LA COMPRA DE CLAVES DE CUADRO BÁSICO (379 Y 526) YA QUE PARA LA ADQUISICIÓN (COMPRA) DE EQUIPO MÉDICO SE</p>	<p>NO SE ACEPTA, NO SE SOLICITAN EQUIPOS COMODATO EN ESTA PARTIDA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 DE LA LAASSP, EL CUAL SEÑALA: "LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS".</p>

Elle Susana... Tel: 477 773 05 89, www.imss.gob.mx



2024 Felipe Carrillo PUERTO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695123	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 136.	<p>DEBE DE EMPLEAR ESPECIFICAMENTE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO (531) ESTABLECIDO A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR EL TIPO DE TERAPIA A CONTRATAR ASÍ COMO ACLARAR LA COMPATIBILIDAD DE LA CONEXIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS:</p> <p>379.171.3591.00.01, 379.171.3609.00.01 Y 379.171.3617.00.01 CON LA CLAVE SAI</p> <p>379.200.3976.00.00 YA QUE LAS CÁNULAS NASALES DE ALTO FLUJO SOLICITADAS SEGÚN SU DESCRIPCIÓN ES PARA EL SUMINISTRO DE LA TERAPIA DE ALTO FLUJO, CAPACES DE SUMINISTRAR FLUJOS DE HASTA 60 LITROS POR MINUTO; SIN EMBARGO LA CLAVE SAI 379.200.3976.00.00 ES PARA TERAPIA DE HUMIDIFICACIÓN Y OXÍGENO (SHOT) CUAL ESTÁ DISEÑADA PARA SUMINISTRAR UN FLUJO DE MÁXIMO 15 LITROS POR MINUTO, LO QUE SE DENOMINA COMO TERAPIA DE BAJO FLUJO (SISTEMA SHOT).</p>	<p>PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO CON COMPATIBILIDAD ENTRE LA CONEXIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS</p>
695124	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 136. CLAVE SAI 526.0081.0568.00.01 Y 526.0766.0495.00.01	<p>SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS (526) ES PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y OXIGENOTERAPIA (SHOT) SEGÚN LA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EL CUAL ES PARA BRINDAR OXIGENO SUPLEMENTARIO A PACIENTES DE MODO NO INVASIVO CON FLUJO LIMITADO NO MAYOR A 15 L/MIN, YA QUE DIFIERE CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO: "CONTRATACIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 379, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES, TERAPIA ALTO FLUJO, HERIDAS PRESIÓN NEGATIVA, ESTERILIZACIÓN POR PLASMA".</p>	<p>SE LE ACLARA QUE SE REQUIERE PARA LA APLICACION DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO</p>
695125	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 136. CLAVE SAI 526.330.0013.00.01.	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA SOLICITUD DE LA CLAVE SAI ES DE UN ACCESORIO DE EQUIPO MÉDICO (526) PARA USO EN EL EQUIPO MÉDICO CLAVE 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL/ PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA, POR LO QUE SE ENTIENDE QUE CONTARÁ CON PARÁMETROS Y RANGOS PARA SER EMPLEADO EN PACIENTES NEONATALES Y PEDIÁTRICOS, POR LO QUE NO PODRÁ EMPLEARSE PARA EL EMPLEO DE LA TERAPIA DE ALTO FLUJO PARA PACIENTES ADULTOS, TAL CUAL LO SOLICITA CON LAS CLAVES 379.171.3591.00.01, 379.171.3609.00.01 Y</p>	<p>SE ACLARA QUE LA CLAVE 526 ES UN ACCESORIO PARA EQUIPO MEDICO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA</p>





GOBIERNO DE MEXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			379.171.3617.00.01.		
695128	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 137 CLAVE SAI: 379.200.3844.00.00.	<p>PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA PARA ADMINISTRACIÓN DE CPAP DE BURBUJA PARA PACIENTES NEONATALES, LA CUAL CUMPLE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRAR LA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CON UN SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y TEMPERATURAS ÓPTIMAS; CONFORMADO POR LAS CLAVES: 379.817.0282.00.00 SISTEMA CPAP DE BURBUJA, INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO, CAMARA DE HUMIDIFICACION, TUBULADURA DE PRESIONAJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION. PARAINTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC161-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CALOR CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.</p> <p>379.615.0120.00.00 MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO CHICO PARA PACIENTES MENORES A 1 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC800-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION</p>	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGÍA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPOSTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA

Calle Sumaria esquina Repaña s/n. Col. Los Paraisos. C. P. 37220. León, Guanajuato. Tel. 477 773 05 00, www.imss.gob.mx



2024 Felipe Carrillo PUERTO

Handwritten mark



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. 379.615.0138.00.00 MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO MEDIANO PARA PACIENTES DE HASTA 1.5KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC801-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.		
695133	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 137 CLAVE SAI: 379.200.3869.00.0	"CONTINUANDO CON EL TEXTO ANTERIOR" 379.403.0415.00.00 BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 25-29 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC306-05. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695135	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA CLAVE SAI 526.330.0013.00.0	HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5W00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR LA CLAVE SAI: 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MR850SU. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CLAVE: 531.941.0048, VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980, VENTILADOR NO INVASIVO NEONATAL. CLAVE: 531.941.1071, VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO-NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012, VENTILADOR ADULTO -PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972 Y VENTILADOR NO INVASIVO ADULTO-PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.1066. MODELO: VARIOS. MARCA: VARIAS. LA PROPUESTA	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695136	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 137 CLAVE SAI: 379.200.3851.00.0	<p>CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE CALENTAR Y HUMIDIFICAR LOS GASES A ADMINISTRARSE AL PACIENTE EN BAJOS Y ALTOS FLUJOS. ¿SE ACEPTA?</p> <p>"CONTINUANDO CON EL TEXTO ANTERIOR" 379.403.0407.00.00 BONETE GORRO PARA CPAP NASAL. MEDIDAS 22-25 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC303-05. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPIUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA</p>
695143	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 137 CLAVE SAI: 379.200.3869.00.0	<p>PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA PARA ADMINISTRACIÓN DE CPAP DE BURBUJA PARA PACIENTES NEONATALES, LA CUAL CUMPLE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRAR LA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CON UN SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y TEMPERATURAS ÓPTIMAS; CONFORMADO POR LAS CLAVES: 379.817.0282.00.00 SISTEMA CPAP DE BURBUJA INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO, CAMARA DE HUMIDIFICACION, TUBULADURA DE PRESIONAJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION. PARAINTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC161-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. 379.458.0062.00.00 INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 100 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC192-05. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO</p>	<p>SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPIUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA</p>





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	
695145	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	379.615.0146.00100 MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LAMASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO GRANDE PARA PACIENTES DE HASTA 2.5KG. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BC802-10. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.	CLAVE SAI 526.330.0013.00.01, 526.521.0038.00.01, 526.081.0568.00.01 Y 526.0766.0495.00.01 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TORRE DE ALTO FLUJO NEONATAL EN CALIDAD DE COMODATO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO "ASOCIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO A LAS PARTIDAS (EN APEGO AL TERCER PÁRRAFO DEL ART. 55 DE LA LAASSP)" DE LA CONVOCATORIA PARA USO CON LOS CONSUMIBLES OFERTADOS CLAVES SAI: "379.403.0399.00.00, 379.403.0407.00.00, 379.403.0415.00.00, 379.403.0423.00.00, 379.458.0047.00.00, 379.458.0054.00.00, 379.458.0062.00.00, 379.561.3367.00.00, 379.561.3375.00.00, 379.561.3383.00.00, 379.615.0120.00.00, 379.615.0138.00.00, 379.615.0146.00.00, 379.615.0153.00.00, 379.817.0282.00.00, 379.200.3471.00.00". LA PROPUESTA CUMPLE CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, AL ADQUIRIR POR EL INSTITUTO ÚNICAMENTE CLAVES DEL GRUPO 379, "LA CONTRATACIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 379, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES, TERAPIA ALTO FLUJO ". PROPORCIONANDO EQUIPOS MÉDICOS Y ACCESORIOS EN CALIDAD DE COMODATO EN CANTIDADES SOLICITADAS POR EL INSTITUTO. YA QUE NO SE PUEDEN COMPRAR TORRES DE ALTO FLUJO (EQUIPO MÉDICO) A TRAVÉS DE LA COMPRA DE CLAVES DE CUADRO BÁSICO (379 Y 526) YA QUE PARA LA ADQUISICIÓN (COMPRA) DE EQUIPO MÉDICO SE DEBE DE EMPLEAR ESPECÍFICAMENTE LA CLAVE DE	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.

Tel. 477 773 05 80. www.imss.gob.mx





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695146	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 137.	<p>CUADRO BÁSICO (531) ESTABLECIDO A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD. ¿SE ACEPTA?</p> <p>CLAVE 379.200.3844.00.00, 379.200.3851.00.00, 379.200.3869.00.00.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL OBJETO DE ADQUISICIÓN ES PARA LA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA, YA QUE SE SOLICITA UN CLAVE SAI DE ADQUISICIÓN PARA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA, LA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA, SE DEFINE COMO: "LA PRESIÓN POSITIVA CONTINUA DE LA VÍA AÉREA SE LOGRA CON LA APLICACIÓN DE PRESIÓN CON MUY POCOS CMHZO. EL CPAP CONSISTE EN MANTENER UNA PRESIÓN SUPRAATMOSFÉRICA DURANTE LA ESPIRACIÓN EN UN PACIENTE QUE RESPIRA ESPONTÁNEAMENTE. EL CPAP ÓPTIMO ES EL QUE PERMITE LA MÁXIMA ENTREGA DE OXÍGENO A LOS TEJIDOS SIN QUE DISMINUYA EL GASTO CARDÍACO". LA TERAPIA DE ALTO FLUJO SE DEFINE COMO "LA OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO (OAF) ES UN TIPO DE SOPORTE RESPIRATORIO QUE BÁSICAMENTE CONSISTE EN APLICAR UN FLUJO DE AIRE/OXÍGENO HUMIDIFICADO Y CALENTADO POR ENCIMA DEL FLUJO PICO INSPIRATORIO DEL PACIENTE." UNA COCHRANE REVIEW DE WILKINSON ET AL. SUGIERE QUE EL USO DE TERAPIA DE ALTO FLUJO EN LUGAR DE LA TERAPIA CPAP ESTÁ ASOCIADO CON TASAS SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORES DE TRAUMA NASAL, SIN RIESGO ADICIONAL DE FALLO EN EL TRATAMIENTO, REINTUBACIÓN O EPISODIOS ADVERSOS COMO MUERTE, NEUMOTÓRAX O DISPLASIA BRONCOPULMONAR. POR LO ANTERIOR, LO SOLICITADO NO SE APEGA CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, AL DIFERIR CON EL ETIQUETADO DE CONTRATACIÓN, CON EL TIPO DE TERAPIA DE VENTILACIÓN SOLICITADA POR LA CONVOCANTE ACORDE A LAS CLAVES SAI CLAVE 379.200.3844.00.00, 379.200.3851.00.00, 379.200.3869.00.00.</p>	<p>PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO</p>
695157	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA CLAVE SAI 526.0786.0495.00.01	<p>SENSOR DE TEMPERATURA DUAL REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5D05011. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON</p>	<p>NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL</p>





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCENTRALADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de
Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA OFERTAR LA CLAVE SAI: 379.822.0228.00.01 Sonda de TEMPERATURA P/HUMIDIFICADOR 900MR869. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 900MR869. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. ¿SE ACEPTA?</p>	
695159	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA CLAVE SAI 526.0081.0568.00.01	<p>CABLE ADAPTADOR PARA CALENTADOR DE TUBO, PARA CIRCUITOS DESECHABLES "VENTILA" & "SHOT". PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H8ZD00401. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, PERMITA OFERTAR LA CLAVE SAI: 379.156.9555.00.00 CABLE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALENTADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS CALENTADOS DE UNO Y DE DOS RAMALES COLOR AMARILLO. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 900MR805. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL
695161	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PROCEDENTE A LA PARTIDA 136	<p>CLAVE SAI 379.200.3976.00.00 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR LA CLAVE SAI: 379.200.3539.00.00 CIRCUITO DESECHABLE PEDIATRICO/ ADULTO. CABLE CALEFACTOR EN ESPIRAL DOBLE ENRAMA INSPIRATORIA COLOR AZUL. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: RT202. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128 Y</p>	NO SE ACEPTA, LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL

Call Center Atención al Cliente: 800-900-7111
Tel: 477 773 05 ED. NPT-IMP9-000-711





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0102. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. LA PROPOSTA CUMPLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TERAPIA DE ALTO FLUJO ADULTO – PEDIÁTRICO A TRAVÉS DE UN HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850. Y ES PARA USO CON LA INTERFAZ DE PACIENTE SOLICITADAS: "379.171.3591.00.01, 379.171.3609.00.01, 379.171.3617.00.01" LO QUE CUMPLE CON EL OBJETO DE ADQUISICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ¿SE ACEPTA?</p>	
695163	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	<p>PROCEDENTE A LA PARTIDA 136. CLAVE SAI 379.200.3976.00.00</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN CIRCUITO CON CLAVE SAI 379.200.4057.00.00 DESCRIPCIÓN: "CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTO LLENADO DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 900PT501. PARA SU USO CON EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO CLAVE: 531.480.0201. MARCA: VARIAS. MODELO; VARIOS." LA PROPOSTA CUMPLE CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y ES PARA USO CON LA INTERFAZ DE PACIENTE SOLICITADAS: "379.171.3591.00.01, 379.171.3609.00.01, 379.171.3617.00.01", CON EL EQUIPO CITADO EN CALIDAD DE COMODATO. YA QUE LA CLAVE SAI SOLICITADA 379.200.3976.00.00 INDICA QUE ES PARA USO CON LOS EQUIPOS: "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL". Y LA CONVOCANTE SOLICITA PARA USO CON LA CLAVE 526.330.0013.00.01 "HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H5WW00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION.</p>	<p>NO SE ACEPTA LA CLAVE A LA QUE HACE REFERENCIA NO SE SOLICITA DE FORMA INDIVIDUAL</p>





GOBIERNO DE MEXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695165	DISTRIBUIDORA MOLYMED SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 137 CLAVE SAI 379.200.3844.00.0 0, 379.200.3851.00.0 0 Y 379.200.3869.00.	<p>MODELO: 3100A." LO QUE INDICA QUE NO EXISTE COMPATIBILIDAD ENTRE LOS BIENES SOLICITADOS, LO QUE IMPOSIBILITARÁ SU USO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>FAVOR DE PERMITIR OFERTAR LAS CLAVES SAI: "379.403.0399.00.00, 379.403.0407.00.00, 379.403.0415.00.00, 379.403.0423.00.00, 379.458.0047.00.00, 379.458.0054.00.00, 379.458.0062.00.00, 379.561.3367.00.00, 379.561.3375.00.00, 379.561.3383.00.00, 379.615.0120.00.00, 379.615.0138.00.00, 379.615.0146.00.00, 379.615.0153.00.00, 379.817.0282.00.00, 379.200.3471.00.00". CON EL EQUIPO PARA EL CUAL SE EMPLEAN: "HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO 531.480.0128" Y ACCESORIOS COMPATIBLES: "379.822.0228.00.01 Sonda de temperatura P/HUMIDIFICADOR 900MR869. PRESENTACION: PZA. NO. CATALOGO: 900MR869.PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128; 379.156.9555.00.00 CABLE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALENTADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS CALENTADOS DE UNO Y DE DOS RAMALES COLOR AMARILLO. PRESENTACION: CIA CON 1 PZA. NO. CATALOGO:900MR805. PARA USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE: 531.480.0128" EN CALIDAD DE COMODATO, LO QUE ASEGURA LA COMPATIBILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES OFERTADOS Y EL EQUIPO MÉDICO EMPLEADO. YA QUE LAS CLAVES SAI SOLICITADAS: "379.200.3844.00.00, 379.200.3851.00.00 Y 379.200.3869.00.00", INDICAN QUE ES PARA USO CON LOS EQUIPOS: "HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL." Y LA CONVOCANTE SOLICITA PARA USO CON LA CLAVE: 526.330.0013.00.01 "HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO. PRESENTACION: PIEZA.</p>	SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR, TECNOLOGIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA

Tel. 477 773 03 80. www.imss.gob.mx





ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Aclaración	Respuesta
695168	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	NUMERO DE CATALOGO: H5WV00021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A." LO QUE INDICA QUE NO EXISTE COMPATIBILIDAD ENTRE LOS BIENES SOLICITADOS, LO QUE IMPOSIBILITARÁ SU USO. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, SE REQUIERE CONECTOR TIPO PLUG
695169	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 27: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL ADAPTADOR ES DE CONECTOR PLUG PARA PLACAS DE CONECTOR REM. "LA COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL REVISARÁ MEDIANTE UNA MUESTRA DE CADA PRODUCTO, POR LO QUE PREVIO A LA ENTREGA EN ALMACÉN DEBE NOTIFICAR A LOS CORREOS: MONICA.PACHECO@IMSS.GOB.MX Y NAO.MI.ACEVEDO@IMSS.GOM.MX LA FECHA Y HORA DE SU ENTREGA..." SE ENTIENDE QUE, LAS MUESTRAS A LAS QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁN SER ENTREGADAS, DESPUÉS DEL FALLO, POR EL LICITANTE ADJUDICADO ANTES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES ADJUDICADOS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, APLICA PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y TODA VEZ SEAN EMITIDAS LAS ORDENES DE REPOSICION
695171	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 39: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SOLICITA LA PILA DE LITIO AA	NO ES CORRECTO, EL COMPUUESTO ES ESPECIFICO DE CLORURO DE TIONILO (LI-SOCL2), SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695173	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 62: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SOLICITA SOLO EL CABLE DE ELECTROTERAPIA DE CANAL 3	NO SE SOLICITA SOLO CABLE, PUES SE ESPECIFICA QUE ES "CON ELECTRODOS AUTOADHESIVOS "DURA STICK" CONECTOR CANAL 3" SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695174	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 65: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SOLICITA EL DURA STICK TELA O EL DURA STICK PLUS, ESPUMA	PUEDE OFERTAR DURA SITCK PLUS, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695175	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 122: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SOLICITA EL DURA STICK PLUS, TELA O EL DURA STICK PLUS, ESPUMA	LA PARTIDA 122 NO SE RELACIONA CON EL TIPO DE DURA STICK
695185	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 29: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SOLICITA SOLO EL CABLE DE ELECTROTERAPIA DE CANAL 1	NO SE SOLICITA SOLO CABLE. PUES SE ESPECIFICA QUE ES "CON ELECTRODOS AUTOADHESIVOS "DURA STICK" CONECTOR CANAL 1". SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695186	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 82: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL RESUCITADOR ES DESECHABLE Y SI LLEVA VALVULA PEEP O NO.	ESTA PARTIDA ES DESECHABLE Y NO SE REQUIERE VALVULA PEEP.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695192	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 56, 57, 80, 85, 87, 81, 82, 83, 84, 89 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO REQUIEREN ESTOS CONSUMIBLES DE RESPIRACION PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO.	SI SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO EN ESTAS PARTIDAS AL NO ENCONTRARSE EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO". COMO OPCION PUEDE OFERTAR SU PRODUCTO, SU PROUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
695195	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 12	A FIN DE GARANTIZAR MEJORES CONDICIONES A LA CONVOCANTE Y BRINDAR MEJOR ATENCION AL PACIENTE DE SOLICITA AMABLEMENTE CONSIDERAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON LA TERAPIA DE INSTILACION INTEGRADA, SIN LA NECESIDAD DE EQUIPOS ADICIONALES O PERIFERICOS. A FIN DE FACILITAR PARA EL PERSONAL EL USO DE LA TERAPIA	LAS PARTIDAS 81,83 Y 84, SE REQUIEREN CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO.
695196	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 81, 83, 84: SE SOLICITA AMABLEMENTENOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL RESUCITADOR DEBE CONTAR SOLO CON VALVULA PEEP	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, ESTAN DEBIDAMENTE ESTABLECIDOS LOS VOLUMENES NECESARIOS. NO SE MODIFICA LA CONVOCATORIA.
695200	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, PAGINA 47, PARTIDA 12	A FIN DE GARANTIZAR MEJORES CONDICIONES A LA CONVOCANTE Y BRINDAR MEJOR ATENCION AL PACIENTE DE SOLICITA AMABLEMENTE CONSIDERAR EL SOLICITAR PEDIR CONTENEDORES DE 300 Y 1000 ML. ESTO PARA PERMITIR AL MEDICO TRATANTE SELECCIONAR LA CAPACIDAD MAS ADECUADA EN FUNCION DE SU VALORACION, EVITANDO PROBLEMAS COMO LLENADO EXCESIVO, DERRAMES, CAMBIOS CONSTANTES DE CONTENEDORES O EL USO DE UN CONTENEDOR DEMASIADO GRANDE PARA EL TRATAMIENTO REQUERIDO	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
695209	COMERCIALIZADORA COFRADIA SA DE CV	LEGAL- ADMINISTRATIVA	13.6 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE ACUERDO AL NUMERAL 13.6, PRIMER PÁRRAFO, NOS PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EMITIDA POR EL IMSS, INFONAVIT Y SAT CON UNA VIGENCIA DE 3 DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE APERTURA LA CUAL ES EL 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICIÓN?	
695219	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	PARTIDA 100 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR LAS TOALLITAS ANTIFISÉPTICAS IMPREGNADAS CON ALCOHOL	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LAS DIMENSIONES SOLICITADAS.

Calle Suartha esquina España s/n, Col. Los Patachón, C.P. 57269, León, Guanajuato. México. Tel. 477 123 03 87, 477 2889 400-784



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Handwritten signature



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
695231	FLEXUS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.1: CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS.	ISOPROPILICO AL 70% EMPACADAS EN SOBRE INDIVIDUAL DE 3 X 3 CM DE LA MARCA DENTILAB EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO: A) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN HOJA MEMBRETADA CON FIRMAS ORIGINALES. (ANEXO TÉCNICO 10). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LOS FORMATOS DE CONTENIDO NACIONAL, BIENES DE IMPORTACIÓN Y CARTA DE APOYO. ESTA ÚLTIMA LA CUAL HACE REFERENCIA AL ANEXO NUMERO 10 MISMO QUE NO CORRESPONDE. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO NUMERO 1. PARTIDA 34, MENCIONAN EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, GEL PARA ULTRASONIDO. PRESENTACION: GALON. NUMERO DE CATALOGO: NDC-36-1000-04. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.924.0031 ULTRASONOGRAFO. MARCA: PHILIPS. MODELO: IMAGE POINT. SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR PARA ESTA PARTIDA, MEDIO CONDUCTOR, GEL PARA ULTRASONIDO, CAPACIDAD DE 3800 ML, MARCA ULTRAGRAFIC REF: 125181016. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICIÓN?	EL LICITANTE DEBERA OFERTAR EL ANEXO TECNICO 10 EN FORMATO LIBRE
695265	COMERCIALIZA DORA COFRADIA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERO 1 REQUERIMIENTO. PARTIDA 34.	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU PRESENTACION, SU PROPUESTA SERA SOMETIDA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA	

-----FIN DEL ACTA-----

