



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR027-T-98-2026

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS 2026

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **10:00 horas** del día **02 de Junio de 2026**, de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de la **Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 de su Reglamento de la Ley, así como del **numeral 12.4** de la Convocatoria al rubro citada.

Este acto fue presidido por la Licenciada Nohemi Patricia Rangel Diaz, Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260923/271.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto es decir, hasta las **10:00 horas del día 01 de junio de 2026**, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas de conformidad con el Artículo 91 fracción IV del Reglamento de la Ley.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la **Jefatura de Servicios Jurídicos**, por el Representante del Área del **Órgano Interno de Control**, por el representante del **Área Técnica Requirente de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, a través de la Coordinación Biomédica**; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 91 fracción III del Reglamento; así mismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo; todos los nombres y firmas de los funcionarios que participan, constan al final de la presente Acta.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que una vez verificado la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, y consultando el expediente número **E-2026-00043179** número de procedimiento **P-2026-00034946**, asienta que **se recibieron** en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad con lo siguiente:-----

SIN TEXTO



Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-T-98-2026

Código del expediente
E-2026-00043779

Número de procedimiento de contratación ⑦
LA-50-GYR-050GYR027-T-98-2026

Estatus del procedimiento de contratación ⑦
VIGENTE JA

Código interno del procedimiento
P-2026-00034946

Nombre del procedimiento de contratación
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MEDICOS 2026

Licitantes que han presentado proposición:
0

Datos Generales Requerimientos **Solicitudes de aclaración** Propositiones Evaluación Configuración de OSD Fallo Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *
02/06/2026 10:00

Fecha y hora limite para envio de aclaraciones a través de Compras MX *
01/06/2026 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Empresas que han manifestado interés en participar						
Q BUSCAR						
Exportar listado						
Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Regrepuntas
51	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	31/05/2026 14:57	31/05/2026 14:57			
52	VIANTECH MEDICAL SA DE CV	29/05/2026 11:13	29/05/2026 12:20			
53	VICTOR MANUEL MELO SERRANO	22/05/2026 04:03	22/05/2026 04:03			
54	VITER MEDICAL SA DE CV	19/05/2026 18:22	19/05/2026 18:22			
55	YOUNG MEDICAL GROUP SA DE CV	27/05/2026 16:11	27/05/2026 16:12			
56	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	25/05/2026 10:19	26/05/2026 00:05			
<< < 2 3 4 5 6 > >> 10						

No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
1	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	Si	Si	2
2	AKUASUL SA DE CV	No	No	0
3	ASESORIA Y APLICACIONES MEDICAS SA DE CV	Si	No	0
4	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	Si	Si	6
5	BAXTER SA DE CV	Si	Si	9
6	BIOGINEMED SA DE CV	No	No	0
7	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	No	No	0
8	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	Si	Si	8
9	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	Si	Si	13
10	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	Si	Si	8
11	DIANMA SOLUTIONS SA DE CV	No	No	0
12	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	Si	Si	5
13	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV	No	No	0
14	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	Si	No	0
15	EDILETH ELVIRA BALDENEBRO BRIONES	Si	Si	1
16	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	Si	Si	9





No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
17	FLEXUS SA DE CV	Si	Si	4
18	GENERA NEGOCIOS SA DE CV	Si	No	0
19	GRUPO EMEQUR SA DE CV	Si	Si	3
20	GRUPO FAYX SA DE CV	Si	No	0
21	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	Si	Si	3
22	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	Si	No	0
23	HOSPISERVICIOS ALFA SAS	No	No	0
24	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	Si	Si	4
25	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	Si	Si	13
26	INNOVATIVE LENDING SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	No	No	0
27	INSTRUMENT PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS DE IRAPUATO SA DE CV	Si	No	0
28	INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMAS QUIRURGICOS SA DE CV	Si	Si	3
29	INTERSURGICAL SA DE CV	Si	Si	6
30	JCJ DISTRIBUCIONES SA DE CV	Si	Si	4
31	LA TIENDA ORTOPEDICA SA DE CV	No	No	0
33	LIZBETH CHAVEZ TELLEZ	No	No	0
33	MED RENT SA DE CV	Si	Si	3
34	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	Si	Si	3
35	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS RC SA DE CV	Si	No	0
36	MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV	No	No	0
37	MEGAMED SA DE CV	No	No	0
38	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA PONCE	No	No	0
39	NOVATEC MEDICAL SA DE CV	No	No	0
40	PRANA MEDICAL SA DE CV	Si	No	0
41	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV	Si	Si	5
42	SEDEK & ZAMNA SA DE CV	No	No	0
43	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	Si	Si	5
44	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	No	No	0
45	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	Si	No	0
46	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	No	No	0
47	T SUR T SA DE CV	Si	Si	6
48	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	No	No	0
49	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	Si	Si	4
50	VARLIX MEXICO SA DE CV	No	No	0
51	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	Si	Si	3
52	VIANTECH MEDICAL SA DE CV	Si	Si	6
53	VICTOR MANUEL MELO SERRANO	Si	No	0
54	VITER MEDICAL SA DE CV	Si	No	0
55	YOUNG MEDICAL GROUP SA DE CV	Si	Si	5
56	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	Si	Si	1

1. SUSPENSION.

Siendo las **10:00 horas** del **05 de junio de 2026**, concluida la tercera suspensión de la Junta de Aclaraciones determinada por la Convocante a petición del Área Técnica/Requirente, en razón de las aclaraciones y/o precisiones a la Convocatoria, con fundamento en el artículo 91 fracción I, del Reglamento, se reanuda para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.-----



2. ACLARACIONES/PRECISIONES A LA CONVOCATORIA.

El Área técnica requirente y contratante, manifiesta que desea efectuar alguna precisión y/o aclaración a la convocatoria, las cuales se contienen en el **Anexo número I** quedando asentado en la presente acta.-----

3. CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el **Anexo número II** de la presente acta, de la misma manera se publica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.-----

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley y 91 fracción I del Reglamento, a través de la presente se envían por la Plataforma Compras MX, las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; así mismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **seis (6) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (**repreguntas**), recibidas el día **08 de junio de 2026** a las **10:00 horas**.-----

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, se pone a disposición de los licitantes un ejemplar del acta de Junta de Aclaraciones, en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>. Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 5 fracción XI, 50 de la Ley y 91 de su Reglamento, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **12:15 horas** del día **05 de junio de 2026**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.-----

Esta acta consta de **Anexo I y Anexo II**, con un total de **22 hojas útiles** por ambos lados. -----

FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN: POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Nombre	Área
--------	------





Nombre	Área
Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Maestra Agustina Olalde Lastiri	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Lic. Alejandro Aguilar Raya Elaboró Acta	Líder de Proyectos C Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Ing. Monica Leticia Pacheco Rios	Coordinación Biomédica OOAD Gto.
Lic. Cesar Adan Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Oficio
C.P. José Robledo Guzmán	Representante del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades	Oficio de Invitación 119001-1501001/ADQ/0366/2026





Anexo I. Aclaraciones/precisiones a la Convocatoria.

DICE	DEBE DECIR
1.3 Idioma en el que se presentarán las proposiciones Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta conforme se especifique en Términos y Condiciones y Anexo Técnico.	1.3 Idioma en el que se presentarán las proposiciones Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, los licitantes participantes, deberán adjuntar UNA TRADUCCION SIMPLE como parte de su propuesta, en caso de ser necesario para la evaluación técnica.
PARTIDAS: 92, 94,95, 96,97,98 Y102.	Debido a que las Claves de las PARTIDAS: 92, 94,95, 96,97,98 Y102 quedaron excluidas de catálogo de cuadro básico Institucional, quedan sin efectos en la presente Licitacion..
1.10 MECANISMOS DE COMPROBACIÓN La Coordinación Biomédica Delegacional revisará mediante una muestra física de cada producto, por lo que previo a la entrega en almacén debe notificar a los correos: monica.pacheco@imss.gob.mx, saul.duran@imss.gob.mx, la fecha y hora de su entrega. - Se cotejará las propuestas técnicas del adjudicado con los artículos físicos que presente, de no haber relación entre estos no se le recibirá. - De cumplir cabalmente con la entrega obtendrá el documento de recepción del almacén delegacional de acuerdo a su procedimiento interno para que proceda el pago (Alta PREI). - En caso de que no entregue de acuerdo con lo anterior, tendrá 10 días naturales máximos para entregar todas las partidas que le fueron asignadas o el tiempo que le otorgue la fecha indicada en la orden de reposición emitida por el almacén; se verificará de acuerdo con lo anterior, en su caso se aplicará la pena convencional por atraso en la entrega.	1.10 MECANISMOS DE COMPROBACIÓN Para la entrega de las claves adjudicadas en el Almacén delegacional en León, la Coordinación Biomédica Delegacional revisará mediante una muestra física de cada producto que forme parte del lote a entregar, por lo que previo a la entrega en almacén debe notificar a los correos: monica.pacheco@imss.gob.mx, saul.duran@imss.gob.mx, la fecha y hora de su entrega. - Se cotejará las propuestas técnicas del adjudicado con los artículos físicos que presente, de no haber relación entre estos no se le recibirá. - De cumplir cabalmente con la entrega obtendrá el documento de recepción del almacén delegacional de acuerdo a su procedimiento interno para que proceda el pago (Alta PREI). - En caso de que no entregue de acuerdo con lo anterior, tendrá 10 días naturales máximos para entregar todas las partidas que le fueron asignadas o el tiempo que le otorgue la fecha indicada en la orden de reposición emitida por el almacén; se verificará de acuerdo con lo anterior, en su caso se aplicará la pena convencional por atraso en la entrega.
13.19 Propuesta técnica ... Los licitantes deberán incluir dentro de su propuesta descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (Uno) y lo requerido en los Anexos Técnicos, el cual forma parte de esta convocatoria.	13.19 Propuesta técnica ... Los licitantes deberán incluir dentro de su propuesta descripción amplia y detallada de los artículos ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (Uno) y lo requerido en los Anexos Técnicos, de acuerdo con las partidas que vaya a ofertar el cual forma parte de esta convocatoria.



PARTIDA 4
Equipamiento:

Unidad medica	Cantidad de equipos	Propiedad del equipo
UMAA 55 León	1	Comodato
HGR 58 León	1	Comodato
HGZMF 2 Irapuato	1	Comodato
HGZMF 3 Salamanca	1	Comodato
HGZ 4 Celaya	1	IMSS
HGSZ 10 Guanajuato	1	Comodato
HGSZ 54 Silao	1	IMSS
HGZMF 21 León	1	IMSS
HGSZMF 7 San Fco. Del Rincón	1	Comodato
HGSZMF 15 Moroleón		Comodato

PARTIDA 4
Equipamiento:

Unidad medica	Cantidad de equipos	Propiedad del equipo
UMAA 55 León	1	Comodato
HGR 58 León	1	Comodato
HGZMF 2 Irapuato	1	Comodato
HGZMF 3 Salamanca	1	Comodato
HGZ 4 Celaya	1	IMSS
HGSZ 10 Guanajuato	1	Comodato
HGSZ 54 Silao	1	IMSS
HGZMF 21 León	1	IMSS
HGSZMF 7 San Fco. Del Rincón	1	Comodato
HGSZMF 15 Moroleón	1	Comodato

PARTIDA 26
LAPIZ REUTILIZABLE CON BOTONES PARA EL CONTROL DE LA POTENCIA
Entrada alemana tipo Plug

PARTIDA 26
LAPIZ REUTILIZABLE CON BOTONES PARA EL CONTROL DE LA POTENCIA
Precisión Entrada alemana tipo Plug
Medida De 5mm

PARTIDA 26
LAPIZ CON CONTROL DE MANO REUSABLE
Entrada internacional 3 pines

PARTIDA 26
LAPIZ CON CONTROL DE MANO REUSABLE
Entrada internacional 3 pines
DE TIPO DESECHABLE

PARTIDA 37

379	222	0414	00	01	CONECTOR TIPO COLA DE RATON DESECHABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2555 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO MARCA: DRAGER MODELO SAVINA
-----	-----	------	----	----	--

PARTIDA 37

Actualización de clave numérica

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción
379	222	0414	00	02	CONECTOR TIPO COLA DE RATON DESECHABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2555 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO MARCA:



DRAGER MODELO SAVINA

PARTIDA 44

44	379	304	3930	00	01	ELECTRODOS DESECHABLES ECG PEDIATRICO. PRESENTACION: PAQ C/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 250075. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO REANIMACION COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR
----	-----	-----	------	----	----	---

PARTIDA 44

Part	GP O	GE N	ES P	DI F	VA R	Descripción	Presentación IMSS	Cant. Max	Cant. Min
44	379	304	734 5	00	00	ELECTRODO PARA ECG AUTOADHERIBLE DESECHABLE PARA PACIENTE PEDIATRICO.PRESENTACION: PAQUETE CON 50 PIEZAS. NUMERO DE PARTE: 2248. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: 3M. MODELO: PEDIATRICO.	Bolsa 50 piezas	300	120

Se solicita el mismo tipo de consumible desechable, se actualiza la clave ya que la anterior 379.304.3930.00.01 quedo excluida del cuadro básico del IMSS, por lo que en caso de ofertar deberá realizarlo con la clave actualizada, de lo contrario es motivo de descalificación.

PARTIDA 45

45	379	304	3922	00	01	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG ADULTO. PRESENTACION: PAQ C/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 250074. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: 3M. MODELO: ADULTO.
----	-----	-----	------	----	----	--

PARTIDA 45

Part	GP O	GE N	ESP	DIF	VAR	Descripción	Presentación IMSS	Cant. Max	Cant. Min
45	379	304	394 8	00	01	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG PRESENTACION: PAQ C/50 PZAS NUMERO DE CATALOGO:250074. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.	Bolsa 50 piezas	500	200

Se solicita el mismo tipo de consumible desechable, se actualiza la clave ya que la anterior



						379.304.3922.00.01 quedo excluida del cuadro básico del IMSS, por lo que en caso de ofertar deberá realizarlo con la clave actualizada, de lo contrario es motivo de descalificación.																	
PARTIDA 57 Y 58						PARTIDA 57 Y 58 SE PRECISA QUE SE REQUIEREN EN CALIBRE DE 28 GAUGE																	
PARTIDA 59 Y 60						PARTIDA 59 Y 60 SE PRECISA QUE SE REQUIEREN EN CALIBRE DE 26 GAUGE																	
PARTIDA 61						PARTIDA 61 Actualización de clave numérica																	
						<table><tr><th>GPO</th><th>GEN</th><th>ESP</th><th>DIF</th><th>VAR</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>379</td><td>095</td><td>0574</td><td>00</td><td>00</td><td>BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: C, DE: 1.5 VOLTS. PRESENTACION: PAQUETECON 6 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC /STEREN.</td></tr></table>						GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción	379	095	0574	00	00	BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: C, DE: 1.5 VOLTS. PRESENTACION: PAQUETECON 6 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC /STEREN.
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción																		
379	095	0574	00	00	BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: C, DE: 1.5 VOLTS. PRESENTACION: PAQUETECON 6 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC /STEREN.																		
PARTIDA 73 RESUCITADOR AUTOCLAVABLE ADULTO						PARTIDA 73 RESUCITADOR DESECHABLE ADULTO																	
PARTIDA 125 CARTUCHO REGULAR PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA DE 60 MM, 6 LINEAS DE GRAPAS, SIN CUCHILLA, ALTURA DE GRAPA CERRADA 1.0 MM, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y ESPIGA DE GRAPAS ANGULADA PRESENTACION: CARTUCHO.						PARTIDA 125 CARTUCHO REGULAR PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA DE 60 MM, 6 LINEAS DE GRAPAS, SIN CUCHILLA, ALTURA DE GRAPA CERRADA 1.0 MM, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y ESPIGA DE GRAPAS ANGULADA PRESENTACION: CARTUCHO. Precisión Técnica Se requiere de la entrega de engrapadora para uso del cartucho regular En cantidad de una engrapadora por cada 4 cartuchos (sin costo adicional para el Instituto)																	
PARTIDA 126						PARTIDA 126 Actualización de clave numérica																	
						<table><tr><th>GPO</th><th>GEN</th><th>ESP</th><th>DIF</th><th>VAR</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>379</td><td>818</td><td>0398</td><td>00</td><td>00</td><td>SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 400 MM. DE LONGITUD. PRESENTACION: PZA. MARCAS COMPATIBLES: VARIAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MANGO PARA SIERRA DE GIGLI. CLAVE: 537.602.0425. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.</td></tr></table>						GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción	379	818	0398	00	00	SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 400 MM. DE LONGITUD. PRESENTACION: PZA. MARCAS COMPATIBLES: VARIAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MANGO PARA SIERRA DE GIGLI. CLAVE: 537.602.0425. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción																		
379	818	0398	00	00	SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 400 MM. DE LONGITUD. PRESENTACION: PZA. MARCAS COMPATIBLES: VARIAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MANGO PARA SIERRA DE GIGLI. CLAVE: 537.602.0425. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS.																		



PARA LA PARTIDA 2, EL REQUERIMIENTO ES EL SIGUIENTE :

DICE								DEBE DECIR							
➤ Para la partida 2: Consumibles para Equipo de reemplazo renal								➤ Para la partida 2: Consumibles para Equipo de reemplazo renal							
El licitante deberá ofertar todas claves identificadas con el mismo número de partida, no por separado, las cuales son :								El licitante deberá ofertar todas claves identificadas con el mismo número de partida, no por separado, las cuales son:							
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cant. Max	Cant. Min	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cant. Max	Cant. Min
379	821	3629	00	01	SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL PARA UTILIZARSE EN PACIENTES PARA SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA Y EN OTROS CASOS CUANDO SE REQUIERE LA REMOCION DE LIQUIDDOS Y SOLUTOS , COMO EN CASO DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGASS QUE SON DIALIZABLES LA SOLUCION ENTRA EN CONTACTO EN EL TORRENTE DEL PACIENTE BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B) ANTESS DE LA MEZCLA CADA 100 ML CONTIENE CALCIO 4 MEQ/L, BICARBONATO 32 MEQ/L MG 1.5 MEQ/L, SODIO 113 MEQ/L GLUCOSA 110 MEQ/L LACTATO 3 MEQ/L PRESENTACION EMPAQUE 2 BOLSAS DE 5 L POR PAQUETE NUMERO DE CATALOGO 6054356 PARA SU USO DE EQUIPO MEDICO CLAVE 531.343.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA GAMBRO MODELO PRISMA SIN POTASIO	40	16	379	821	3629	00	01	SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL PARA UTILIZARSE EN PACIENTES PARA SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA Y EN OTROS CASOS CUANDO SE REQUIERE LA REMOCION DE LIQUIDDOS Y SOLUTOS , COMO EN CASO DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGASS QUE SON DIALIZABLES LA SOLUCION ENTRA EN CONTACTO EN EL TORRENTE DEL PACIENTE BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B) ANTESS DE LA MEZCLA CADA 100 ML CONTIENE CALCIO 4 MEQ/L, BICARBONATO 32 MEQ/L MG 1.5 MEQ/L, SODIO 113 MEQ/L GLUCOSA 110 MEQ/L LACTATO 3 MEQ/L PRESENTACION EMPAQUE 2 BOLSAS DE 5 L POR PAQUETE NUMERO DE CATALOGO 6054356 PARA SU USO DE EQUIPO MEDICO CLAVE 531.343.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA GAMBRO MODELO PRISMA SIN POTASIO	100	40
379	821	3637	00	01	SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL PARA UTILIZARSE EN PACIENTES PARA SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA Y EN OTROS CASOS CUANDO SE REQUIERE LA REMOCION DE LIQUIDDOS Y SOLUTOS , COMO EN CASO DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGASS QUE SON DIALIZABLES LA SOLUCION ENTRA EN CONTACTO EN EL TORRENTE DEL PACIENTE BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B) ANTESS DE LA MEZCLA	10	4	379	821	3637	00	01	SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL PARA UTILIZARSE EN PACIENTES PARA SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA Y EN OTROS CASOS CUANDO SE REQUIERE LA REMOCION DE LIQUIDDOS Y SOLUTOS , COMO EN CASO DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGASS QUE SON DIALIZABLES LA SOLUCION ENTRA EN CONTACTO EN EL TORRENTE DEL PACIENTE BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA	100	40



						CADA 100 ML CONTIENE CALCIO 3.5 MEQ/L, BICARBONATO 32 MEQ/L MG 1 MEQ/L, SODIO 140 MEQ/L PRESENTACION EMPAQUE 2 BOLSAS DE 5 L POR PAQUETE NUMERO DE CATALOGO 6054351. PARA SU USO DE EQUIPO MEDICO CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA GAMBRO MODELO PRISMA CON POTASIO										AMORTIGUADOR (B) ANTES DE LA MEZCLA CADA 100 ML CONTIENE CALCIO 3.5 MEQ/L, BICARBONATO 32 MEQ/L MG 1 MEQ/L, SODIO 140 MEQ/L PRESENTACION EMPAQUE 2 BOLSAS DE 5 L POR PAQUETE NUMERO DE CATALOGO 6054351 PARA SU USO DE EQUIPO MEDICO CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA GAMBRO MODELO PRISMA CON POTASIO				
379	561	2914	00	01		SET PARA FILTRACION DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, QUE CONSISTE DE, UN FILTRO PARA INTERCAMBIO DE PLASMA (PLASMA FILTRO) DE POLIPROPILENO DEFIBRAS HUECAS Y, SUS LINEAS MEDICAS (UNA LINEA PARA LA SOLUCION DE RE-INYECCION, UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA Y UNA LINEA PARA ANTICOAGULANTE),ELABORADAS DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO (PVC). DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE EN PACIENTES ADULTOS [QB (FLUJO DE BOMBA DE SANGRE) DE 100 A 400ML/MIN]. PRESENTACION: CAJA CON 1 SET. NUMERO DE CATALOGO: TPE2000 107144. PARASU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT).CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX.	25	10				379	200	3208	00	01	CIRCUITO EXTRACORPOREO DE PVC INTERCONECTADO. CONTIENE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA,UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DEHEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REMPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO ALPACIENTE, UNA LINEA DE COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO. 4 TRANSDUCTORES DEPRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA AN69 TAMAÑO ST150, UNA BOLSA PARA DRENAJE DELLIQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO POST DILUCION.ESTERIL Y DESECHABLE. PRESENTACION: SET. NUMERO DE CATALOGO: 107640 (ST150).PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO(CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: BAXTER. MODELO: PRISMAFLEX.	15	6	
379	200	3208	00	01		CIRCUITO EXTRACORPOREO DE PVC INTERCONECTADO. CONTIENE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA,UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DEHEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REMPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO ALPACIENTE, UNA LINEA DE COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO. 4 TRANSDUCTORES DEPRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA AN69 TAMAÑO ST150, UNA BOLSA PARA DRENAJE DELLIQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO POST DILUCION.ESTERIL Y DESECHABLE. PRESENTACION: SET. NUMERO DE CATALOGO: 107640 (ST150).PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO(CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: BAXTER. MODELO: PRISMAFLEX.	25	10				379	561	2898	00	01	SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, FORMADO POR UNHEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LINEAS, ESTEFILTRO ESTA CONECTADO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), AUNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADADEL DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE) Y A UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE(BANDA DE COLOR AMARILLO); TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA DESANGRE (BANDA DE COLOR BLANCO) Y UNA LINEA PARA ANTICUAGULANTE (JERINGA). ELSET CONSTA DE: UN HEMOFILTRO FIBROSO/DIALIZADOR HUECO INJERTADO CON HEPARINA,UN CIRCUITO DE TUBERIA, UN CARTUCHO Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS.PRESENTACION: CAJA CON 1 SET Y CHAROLA DE PAPEL ALUMINIO. NUMERO DE CATALOGO:OXIRIS SET 112016. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZORENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX.	15	6	
379	561	2898	00	01		SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, FORMADO POR UNHEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LINEAS, ESTEFILTRO ESTA CONECTADO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), AUNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADADEL DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE) Y A UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE(BANDA DE COLOR AMARILLO); TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA DESANGRE (BANDA DE COLOR BLANCO) Y UNA LINEA PARA ANTICUAGULANTE (JERINGA). ELSET CONSTA DE: UN HEMOFILTRO FIBROSO/DIALIZADOR HUECO INJERTADO CON HEPARINA,UN CIRCUITO DE TUBERIA, UN CARTUCHO Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS.PRESENTACION: CAJA CON 1 SET Y CHAROLA DE PAPEL ALUMINIO. NUMERO DE CATALOGO:OXIRIS SET 112016. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZORENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO.	20	8				SE ELIMINA LA CLAVE 379.561.2914.00.01 Y CAMBIARON LAS CANTIDADES.								

[illegible]

Se agrega las partidas 144 a la 152

Partida	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	Presentación IMSS	Precisión Técnica	Cant. Max	Cant. Min
144	379	156	9548	00	00	CELDA DE OXIGENO PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2058752-005/G95001000.PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL. CLAVE: 531.941.1058.MARCA: GE-SIARE. MODELO: FALCO 202.	PZA		10	4
145	379	017	2286	00	01	ADAPTADOR PARA VIA AEREA RECTO. PARA CAPNOGRAFIA, CON MONITOREO DE LINEA DEMUESTREO. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 9000-10-07486.PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES.MARCA: MINDRAY. MODELO: PASSPORT V.	CAJA CON 10 PZAS		50	20
146	526	030	0065	00	01	ARCO DE ANESTESIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MG-4-4. PARA SU USOEN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.616.0158 MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA.MARCA: IMEBIO. MODELO: MG-4.	pza	Debe ofertar suministro de puerto inspiratorio número de parte 5009153 máquina de anestesia Penlon	1	1
147	526	825	2979	00	01	TRANSDUCTOR TEE DE VOLUMEN 4D CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 3,0 A 8,0 MHZ, CAMPODE 90° DE VISTA DE 20 CM DE PROFUNDIDAD, "6VT-D", APLICACION: CARDICO, LVOCONTRASTE, TEE CORONARIAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6VT-D. PARASU USO EN EL EQUIPO: ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. CLAVE:531.324.0169. MARCA: GE HEALTHCARE. MODELO: VIVID E9.	pza		1	1
148	526	605	0359	00	00	PALETA DE COMPRESION 24 X 30 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:25150-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA. CLAVE:531.611.0028. MARCA: IMS GIOTTO. MODELO: GIOTTO CLASS.	pza		1	1
149	526	605	0151	00	01	PALETA DE COMPRESION PARA EXPOSICION LOCALIZADA CON TECNICA DE MAGNIFICACION(SOLO 1.8X). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6056-03. PARA SU USO ENEL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.341.2214 MASTOGRAFIA, UNIDAD RADIOLOGICA	pza		1	1



						PARA.MARCA: IMS. MODELO: GIOTTO IMAGE M, GIOTTO IMAGE SR, GIOTTO IMAGE SD Y SDL,GIOTTO IMAGE 3D Y 3DL.			
150	379	437	1728	00	01	JERINGA DESECHABLE DE 100ML PARA INYECCION DE LIQUIDO DE CONTRASTE CON INYECTORDE ALTA PRESION. PRESENTACION: 50 JERINGAS POR CAJA. NUMERO DE CATALOGO: C855-5102. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE. CLAVE:526.380.0319.00.01. MARCA: NEMOTO. MODELO: DUAL SHOT ALPHA 7.	Caja con 50 pzas		52
151	379	222	0828	00	01	CONECTOR "Y" PARA INYECTORES DUALES. PRESENTACION: 100 CONECTORES POR CAJA.NUMERO DE CATALOGO: C405-1559. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INYECTOR DE MEDIO DECONTRASTE. CLAVE: 526.380.0319.00.01. MARCA: NEMOTO. MODELO: DUAL SHOT ALPHA7.	Caja con 100 conectores		105
152	526	310	0066	00	00	GUIA PLASTICA PARA AGUJA DE 10G ESTERIL Y DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA/10PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: ENCFINSERT10G. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS:MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA. CLAVE: 531.611.0028. Y MASTOGRAFO DIGITALCON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS. CLAVE: 531.611.0033. MARCA: GIOTTO / MAMMOTEST/ SIEMENS / PLANMED. MODELO: VARIOS.	Caja 10 piezas		105

❖ Se publican en la Plataforma Compras MX las siguientes **CEDULAS DE DESCRIPCION DE BIENES**.

1. **P .81 11766 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO.PDF**
2. **P.79 11853 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE.PDF**
3. **P.80 ESFIGMOMANÓMETRO.PDF**
4. **P.82 11767 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO.PDF**
5. **P.83 11952 LARINGOSCOPIO.PDF**



Anexo II. Respuestas a solicitudes de Aclaración.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1107816	INTERSURGICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.13. OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION POSITIVA CON FECHA DE HASTA DOS DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ESTO DEBIDO A QUE DICHA OPINION SOLO CUENTA CON VIGENCIA DE 24HRS Y EXISTE LA POSIBILIDAD QUE POR CAUSAS AJENAS A NOSOTROS NOS SEA IMPOSIBLE LA OBTENCIÓN DE DICHO DOCUMENTO Y POR ENDE NO PODAMOS SUBIR EN TIEMPO Y FORMA LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
1107844	INTERSURGICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	ENTENDEMOS QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ POR ORDEN DE REPOSICIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, CON VARIAS ENTREGAS A LO LARGO DEL AÑO Y NO UNA UNICA ENTREGA POR LA TOTALIDAD ASIGANDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1107845	INTERSURGICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	ENTENDEMOS QUE EL PLAZO PARA ENTREGAR LOS BIENES SE NOS INDICARA EN LA ORDEN O PEDIDO Y SERÁ DE POR LO MENOS 10 DÍAS HÁBILES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1107888	INTERSURGICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL PRESENTE EVENTO NO SE REQUIERE LA ENTREGA DE MUESTRAS FISICAS?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE REQUIEREN DE MUESTRAS FÍSICAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1107901	INTERSURGICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 67 A 69	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MASCARILLA FACIAL COMPLETA (ORINASAL) DESECHABLE PARA VENTILACION NO INVASIVA CON CODO ESTÁNDAR NO VENTILADO INTERCAMBIABLE (SIN VALVULA ANTIAFIXIA), DEL TAMAÑO REQUERIDO EN CADA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBE OFERTAR DE TIPO DESECHABLE PARA VENTILACION NO INVASIVA, CON VALVULA DE NO REINALACION (QUE NO ES LO MISMO QUE ANTIAFIXIA) U QUE INCLUYA PERA BOMBILLA, COMO ES REQUERIDO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1107913	INTERSURGICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 67 A 69	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, DADO QUE NUESTRAS MASCARILLAS PARA VNI CUENTAN CON CODO INTERCAMBIABLE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA MASCARILLA AÑADIENDO UN CODO INTERCAMBIABLE CON VALVULA ANTIAFIXIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1109489	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 26.- LAPIZ REUTILIZABLE CON BOTONES PARA EL CONTROL DE LA POTENCIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR SI SE REQUIERE PARA ESTE PARTIDA, PLUG DE 4MM O PLUG DE 5MM?	SE ACLARA QUE SE REQUIERE CON ENTRADA TIPO PLUG DE 5MM, ASI MISMO FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCANTE
1109492	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 29.- LAPIZ CON CONTROL DE MANO REUSABLE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE SOLICITA EN ESTA PARTIDA LAPIZ DESECHABLE O REUTILIZABLE?	SE ACLARA QUE SE REQUIERE DE TIPO DESECHABLE, ASI MISMO FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCANTE
1109505	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NO. 26.- LAPIZ REUTILIZABLE CON BOTONES PARA EL CONTROL DE LA POTENCIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR LA PARTIDA NO. 26, CON UN LAPIZ REUTILIZABLE CON ENTRADA INTERNACIONAL 3 PINES MÁS UN ADAPTADOR CON ENTRADA ALEMANA TIPO PLUG, LO ANTERIOR PARA CUBRIR CON LA CARATERISTICA SOLICITADA EN LA PRECISIÓN TÉCNICA SOLICITADA PARA ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1112663	EDILETH ELVIRA BALDENEBRO BRIONES	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XII	NO CONTAMOS CON LOS SIG APARTADOS: A) OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO EMITIDA POR EL IMSS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, PUBLICADAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL DOF. B) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PERO SI SOMOS PROVEEDORES DEL IMSS, PODEMOS PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN CON ESTA CONDICIÓN.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO, POR LO CUAL DEBERA PRESENTARLOS COMO PARTE DE SU PROPOSICION LEGAL ADMINISTRATIVA
1114754	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 5	LA CONVOCANTE ESTABLECE: DEBERÁ OFERTAR TODAS CLAVES IDENTIFICADAS CON EL MISMO NÚMERO DE PARTIDA, NO POR SEPARADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DEFINA, ENTENDEMOS QUE DEBEMOS COTIZAR EL TOTAL DE PARTIDAS, APEGÁNDONOS AL 100% A LA DESCRIPCIÓN.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1114755	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 5	LA CONVOCANTE ESTABLECE: EL PROVEEDOR IMPARTIRÁ CAPACITACIONES AL PERSONAL OPERATIVO SIN LÍMITE DE OCASIONES MIENTRAS EXISTAN CONSUMIBLES POR UTILIZAR, SIN DEJAR DE ASESORAR Y VIGILAR EL USO ADECUADO DE LOS INSUMOS PARA LA EFICIENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				TERAPIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DEFINAN SI EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CLÍNICO CAPACITADO Y LOCAL PARA QUE BRINDE SERVICIO EN UN PLAZO MENOR A 3 HRS. FAVOR DE ACLARAR.	
1114756	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 5	LA CONVOCANTE ESTABLECE: DEBERÁ REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LAS OCASIONES QUE SEA NECESARIO Y DEBERÁ INCLUIR REFACCIONES Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. EN CASO DE QUE EL EQUIPO PRESENTE NECESIDAD DE CAMBIO DE REFACCIONES EN TRES OCASIONES DURANTE UN PERIODO DE DOS MESES, EL EQUIPO DEBERÁ SER REEMPLAZADO POR UNO DEL MISMO MODELO QUE PERMITA EL USO DE LOS INSUMOS MOTIVO DEL CONTRATO. DURANTE LA SUSTITUCIÓN, LA OPERATIVIDAD EN LAS UNIDADES MÉDICAS NO DEBERÁ VERSE INTERRUMPIDA, POR LO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ SUBROGAR EL SERVICIO EN FUNCIÓN A ESTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DEFINA SI ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES CONTAR CON DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SERVICIO PARA ASISTIR AL DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA DE MANERA PRESENCIAL PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN NEGATIVA OTORGADOS EN COMODATO DE LOS EQUIPOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO SIN COSTO PARA LA INSTITUCIÓN Y CUMPLIR CON LA NORMA 240 DE COFEPRIS Y DICHO DEPARTAMENTO DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115331	T SUR T SA DE CV	OTROS	2.2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ECONÓMICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, LAS ENTREGAS SE PUEDAN REALIZAR POR PAQUETERÍA, DEBIDAMENTE ETIQUETADAS E IDENTIFICADAS LAS PARTIDAS QUE SE ENTREGAN, INCLUYENDO EN EL PAQUETE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN, INDICANDO EN UNA CARTA LOS CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS QUE SE NOS PUEDA HACER LLEGAR EL ACUSE DE LA RECEPCIÓN SELLADO, MANTENIÉNDONOS EN TODO MOMENTO EN CONTACTO CON LA PERSONA QUE DESIGNE EN ESTE ACTO LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE LAS ENTREGAS DE ESTOS INSUMOS DEBEN PRESENTARSE PREVIAMENTE A BIOMÉDICA A VALIDACIÓN ANTES DE SU INGRESO AL ALMACEN. COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 10. MECANISMOS DE COMPROBACION. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115332	T SUR T SA DE CV	ECONÓMICO	14. PROPUESTA ECONÓMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA PROPUESTA SE PUEDA PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO, ELIMINANDO LAS PARTIDAS/CLAVES QUE NO	SE ACEPTA SU SOLICITUD.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				OFERTAMOS, RESPETANDO SIEMPRE EL NÚMERO CONSECUTIVO DEL ANEXO 1, LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE MI PROPUESTA, ¿SE ACEPTA?	
1115341	T SUR T SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO D)	LOS BIENES PROPUESTOS POR MI REPRESENTADA, NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, PARA LO QUE SE PRESENTA COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA EL ACUERDO PUBLICADO POR LA COFEPRIS EN EL D.O.F. EN SU EDICIÓN DEL 07 DE JULIO DE 2025, MISMO QUE CONTIENE LOS "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.", POR TANTO NO APLICA EL CERTIFICADO SOLICITADO, POR ENCONTRARSE EN EL EN EL ANEXO III, CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INSUMOS PARA LA SALUD. EN ESE CONTEXTO, NO RESULTA APLICABLE EL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, NI LAS OBLIGACIONES SANITARIAS ASOCIADAS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ECONÓMICA, ASÍ COMO PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, PARA ESTE INCISO, PRESENTEMOS CARTA PROTESTADA MANIFESTANDO DICHA SITUACIÓN, Y QUE LOS BIENES PROPUESTOS CUMPLEN CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115342	T SUR T SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO F)	LOS BIENES PROPUESTOS POR MI REPRESENTADA, NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, PARA LO QUE SE PRESENTA COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA EL ACUERDO PUBLICADO POR LA COFEPRIS EN EL D.O.F. EN SU EDICIÓN DEL 07 DE JULIO DE 2025, MISMO QUE CONTIENE LOS "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.", POR TANTO NO APLICA ALGUNO DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS, POR ENCONTRARSE EN EL EN EL ANEXO III, CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD. EN ESE CONTEXTO, "NO RESULTA APLICABLE EL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, NI LAS OBLIGACIONES SANITARIAS ASOCIADAS", POR LO QUE	NO SE ACEPTA. DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LAASSP, LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES QUE MOTIVAN LA CONTRATACIÓN, ATENDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL BIEN A ADQUIRIR, ASI COMO EN APEGO AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, SIN QUE SE TENGA POR OBJETO FAVORECER O BENEFICIAR A FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR O CASA COMERCIAL DETERMINADA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ECONÓMICA, ASÍ COMO PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, PARA ESTE INCISO, PRESENTEMOS CARTA PROTESTADA MANIFESTANDO DICHA SITUACIÓN, Y QUE LOS BIENES PROPUESTOS CUMPLEN CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	
1115345	T SUR T SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 2.1 CALIDAD, EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR, ANEXO TÉCNICO 10	PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ECONÓMICA, PARA CUMPLIR CON ESTE ANEXO, PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115347	T SUR T SA DE CV	TÉCNICO	13.19 PROPUESTA TÉCNICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA PROPUESTA SE PUEDA PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO, ELIMINANDO LAS PARTIDAS/CLAVES QUE NO OFERTAMOS, RESPETANDO SIEMPRE EL NÚMERO CONSECUTIVO DEL ANEXO 1, LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE MI PROPUESTA, ¿SE ACEPTA?	LA OFERTA TECNICA DEBE COMPONERSE ÚNICAMENTE DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE CADA LICITANTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
1115384	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. ANEXO 1. REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	PARTIDA 79, 80, 81, 82 Y 83. EN LA COLUMNA DE PRECISIÓN TÉCNICA MENCIONA CÉDULAS PERO ESTAS NO VIENEN ADJUNTAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CÉDULAS SEÑALADAS SE PUBLICAN EN EL PORTAL DE COMPRAS MX, LAS CUALES DEBERAN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA.
1115397	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	10. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN.	DICE: "LA COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL REVISARÁ MEDIANTE UNA MUESTRA FÍSICA DE CADA PRODUCTO, POR LO QUE PREVIO A LA ENTREGA EN ALMACÉN DEBE NOTIFICAR A LOS CORREOS: MONICA.PACHECO@IMSS.GOB.MX, SAUL.DURAN@IMSS.GOB.MX, LA FECHA Y HORA DE SU ENTREGA." SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA ESTE PROCEDIMEINTO PREVIO A LA PRESENTACION DE LA MISMA SE DEBERA REALIZAR ENTREGA FISCA DE MUESTRAS Y EL NO PRESENTARLAS PODRIA SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO O EN SU DEFECTO ESTE NUMERAL SOLO APLICA AL LICITANTE ADJUDICADO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, EL APARTADO QUE CITA CORRESPONDE AL PROCEDIMIENTO DE ENTREGAS AL QUE DEBERAN APEGARSE LOS LICITANTES ADJUDICADOS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115398	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	2.1 CALIDAD	DICE: EN EL SUPUESTO DE QUE LOS CONSUMIBLES NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN PRESENTAR EN UN SOLO DOCUMENTO EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO", DONDE INDIQUE TODAS LAS PARTIDAS QUE OFERTE Y QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO. (ANEXO TÉCNICO 6). SE SOLICITA AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL ANEXO TECNICO 6 ES EN FOMATO LIBRE Y PODEMOS REFRENCIAR AQUELLAS PARTIDAS EN EL DOF PUBLICADO EL 07/07/2025	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115419	CORPORATIVO EN	TÉCNICO	ANEXO NUMERO	PARTIDA 25 DICE : PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV		1(UNO)	ADULTO. PRESENTACION: CAJA (100 PIEZAS). NUMERO DE CATALOGO: 410-2000. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA ENTRADA ES TIPO REM CONFORME AL CATALOGO REQUERIDO.	MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115420	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1(UNO)	PARTIDA 25 DICE : PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO. PRESENTACION: CAJA (100 PIEZAS). NUMERO DE CATALOGO: 410-2000. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA UNIVERSAL PARA PACIENTE ADULTO CON ENTRADA TIPO REM PARA PACIENTES > 5 KG ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115421	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1(UNO)	PARTIDA 27 DICE : PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0136-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA REUSABLE DE SILICON. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1115422	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1(UNO)	PARTIDA 28 DICE : PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMAÑO ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0136-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA REUSABLE DE SILICON. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1115423	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1(UNO)	PARTIDA 30 DICE : PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0116. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. EQUIPO PORTATIL. MARCA: ALSA. MODELO: EXCELL 350. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA REUSABLE DE SILICON. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1115424	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1(UNO)	PARTIDA 30 DICE : PINZA BIPOLAR ANGULAR DE 20 CM DE LONGITUD Y PUNTA DE 2 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 310-180-20. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON 400 HP. CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA ENTRADA DE LA PINZA ES TIPO EUROPEA CONFORME AL	ES CORRECTO OFERTE CON ENTRADA TIPO EUROPEA Y PARA ESTA PARTIDA NO SE REQUIERE CABLE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CATALOGO PRESENTADO, ASI MISMO VALIDAR QUE LA PINZA SE REQUIERE SIN CABLE YA QUE EN LA PARTIDA 32 SE SOLICITA EL CABLE PARA LA PINZA.	
1115438	VIANTECH MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 2.- LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES	SOLICITAN EN EL PUNTO 2 INCISO 2) CARTA DONDE MANIFIESTE NÚMERO DE TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTES. (ANEXO TÉCNICO 3). DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN EN LAS BASES EL ANEXO TÉCNICO 3, ENTENDEMOS QUE LA CARTA SERÁ EN FORMATO LIBRE, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115445	VIANTECH MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA NÚMERO 119: "FLUJOMETRO O2 16 L/MIN PARA RIEL, 90º, CONEXION DE GAS: 1 M	LA CONVOCANTE HACE LA PRECISIÓN TÉCNICA DE: "DEBE OFERTAR CONECTOR TIPO ARAMED", ENTENDEMOS QUE EL FLUJÓMETRO DE O2, PUEDE SER DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, CON UN CONECTOR TIPO ARAMED PARA TOMA MURAL, DEBIDO A QUE ES LA MEDIDA MÁS COMERCIAL QUE EXISTE EN EL MERCADO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115452	VIANTECH MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 73, RESUCITADOR AUTOCLAVABLE ADULTO	PREGUNTA: SE SOLICITA RESUCITADOR AUTOCLAVABLE ADULTO, DEBIDO A LOS TEMAS DE COVID SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE CONSIDERE QUE EL RESUCITADOR ADULTO A OFERTAR SEA DESECHABLE, PARA PREVENIR INFECCIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, ASI MISMO SE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115455	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	DOCUMENTACION TECNICA. ANEXO TECNICO 10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, YA QUE ALGUNOS FABRICANTES EXTRANJEROS NOS DERIVAN CON SUS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN MÉXICO QUIENES EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SON LOS TITULARES DE LOS REGISTROS SANITARIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PODRÁ OFERTAR CON CARTA DE APOYO EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.
1115456	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 17, 18, 19, 20 Y 24	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MARCAS 100% COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115457	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 58	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR CON MEDIDA DE 38 MM. ¿ES POSIBLE?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1115458	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV	TÉCNICO	2. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES, INCISO 2)	EL ANEXO TÉCNICO 3 (CARTA DONDE MANIFIESTE NUMERO DE TELEFONO, CORREO ELECTRONICO Y HORARIO DE ATENCION A CLIENTES) REQUERIDO EN ESTE APARTADO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ANEXOS PUBLICADOS POR ESTA CONVOCANTE, ¿SERA PROPORCIONADO O PODEMOS INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA EMPLEANDO FORMATO LIBRE? FAVOR DE ACLARAR	SE LE ACLARA QUE PUEDE PRESENTAR UN FORMATO LIBRE, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115459	VIANTECH MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 2.1, INCISO 1) E INCISO 2), CARTA DE APOYO. (ANEXO TÉCNICO 10)	DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN EN LAS BASES EL ANEXO TÉCNICO 10, ENTENDEMOS QUE LA CARTA SERÁ EN FORMATO LIBRE, Y ESTA PODRÁ SER EMITIDA POR EL FABRICANTE Y/O FILIAL EN TERRITORIO NACIONAL Y/O EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE PODRA PRESENTAR FORMATO EN ESCRITO LIBRE EL ANEXO TÉCNICO 10, FIRMADO POR EL FABRICANTE COMO ES SOLICITADO EN LAS BASES
1115461	BAXTER SA DE CV	ECONÓMICO	1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS RATIFIQUE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EJERCER EL	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN EL NUMERAL 1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE SEÑALA QUE EL IMSS CUENTA PARA EL INICIO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO.	DEL PROCEDIMIENTO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 2026, EMITIDO POR LA UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA, CON NÚMERO DE FOLIO 0000040472-2026
1115462	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1 CALIDAD, EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO	A) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN HOJA MEMBRETADA FIRMADA. (ANEXO TÉCNICO 10). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA EN CASO DE SER EMPRESAS FILIALES, TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDORES PRIMARIOS Y ESTAR AUTORIZADOS POR EL FABRICANTE PARA REGISTRAR, IMPORTAR, DISTRIBUIR, VENDER Y PROPORCIONAR SERVICIOS POSTVENTA EN MÉXICO DE LOS PRODUCTOS, SE ACEPTA QUE LA CARTA DEL FABRICANTE SOLICITADA EN ESTE INCISO, PUEDA SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO PARA ELLO COPIA DEL PODER APOSTILLADO DE DISTRIBUCIÓN EMITIDO POR EL FABRICANTE Y OTORGADO A LA EMPRESA LICITANTE.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
1115463	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13 REQUISITOS... PUNTO 13.13 OPINIONES DE CUMPLIMIENTO	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, DERIVADO DE QUE LAS CONSTANCIAS DE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDAS POR EL IMSS TIENEN UNA VIGENCIA DE 24 HORAS, SEA PERMITIDO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 3 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
1115464	BAXTER SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DEL REQUERIMIENTO, CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA PARTIDA	DICE: PARA LA PARTIDA 2: CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE REEMPLAZO RENAL PUNTO 4. NO SE REQUIERE EQUIPO MÉDICO ADICIONAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA EFECTOS DE LA PARTIDA 2 NO SERÁ REQUERIDA LA ENTREGA DE EQUIPO MÉDICO EN CALIDAD DE COMODATO.	SE CONFIRMA QUE NO SE REQUIERE EQUIPO MÉDICO ADICIONAL. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115465	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 (UNO) – PARTIDA 2	ENTENDEMOS QUE PARA LA PARTIDA 2, CLAVE 379.821.3629.00.01, EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS POR EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS CLAVES SOLICITADAS Y QUE SE DARÁ CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	
1115466	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 (UNO) – PARTIDA 2	ENTENDEMOS QUE PARA LA PARTIDA 2, CLAVE 379.821.3637.00.01, EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUERENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS POR EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS CLAVES SOLICITADAS Y QUE SE DARÁ CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115467	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 (UNO) – PARTIDA 2	ENTENDEMOS QUE PARA LA PARTIDA 2, CLAVE 379.561.2914.00.01, EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUERENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS POR EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS CLAVES SOLICITADAS Y QUE SE DARÁ CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115468	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 (UNO) – PARTIDA 2	ENTENDEMOS QUE PARA LA PARTIDA 2, CLAVE 379.200.3208.00.01, EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUERENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS POR EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS CLAVES SOLICITADAS Y QUE SE DARÁ CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	
1115469	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 (UNO) – PARTIDA 2	ENTENDEMOS QUE PARA LA PARTIDA 2, CLAVE 379.561.2898.00.01, EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 4.24.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS POR EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS CLAVES SOLICITADAS Y QUE SE DARÁ CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115546	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO TABLA REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉD	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA COMPARTIR LA CEDÚLA TÉCNICA DE LA PARTIDA 79, 80, 81, 82 Y 83, YA QUE EN LA COLUMNA DE PRECISION TECNICA MENCIONA " SE ADJUNTA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEARTÍCULO. SIN EMBARGO NO ESTA ADJUNTA.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CÉDULAS SEÑALADAS SE PUBLICAN EN EL PORTAL DE COMPRAS MX, LAS CUALES DEBERAN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA.
1115559	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TYC, 1ER PARR. Y 13.1 PROP. LEGAL-ADVA, PUNTO 13.19	EL ANEXO TÉCNICO 1 (PROPUESTA TECNICA) REQUERIDO EN ESTE APARTADO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ANEXOS PUBLICADOS POR ESTA CONVOCANTE, SOLICITAMOS ACLARAR SÍ PRESENTANDO EL ANEXO XVIII PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA DEBIDAMENTE REQUISITADO, DAREMOS CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA O DEBEMOS PRESENTARLO EN FORMATO LIBRE? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE LA PROPUESTA TECNICA SE COMPONE DE LA OFERTA DE CADA LICITANTE, A MODO DE COMPARATIVA ENTRE LO SOLICITADO Y LO OFERTADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115560	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 2.1 CALIDAD. EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR, INCISO A)	EL ANEXO TÉCNICO 10 (CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE) REQUERIDO EN ESTE APARTADO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ANEXOS PUBLICADOS POR ESTA CONVOCANTE, ¿SERÁ PROPORCIONADO O PODEMOS INTEGRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EMPLEANDO FORMATO LIBRE? FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA QUE DEBE PRESENTAR FORMATO LIBRE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115561	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NUMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	PARA TODAS LAS PARTIDAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLAS DESCRIPCIONES DONDE NO SE ESTABLECE UN RANGO DE MEDIDA, SE ACEPTE UNA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DE +/-10%, DE CONFORMIDAD A LA PUBLICACIÓN DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL EN EL DOF, DE FECHA 01 DE	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				OCTUBRE DE 2003. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
1115562	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.1 PROPUESTA LEGAL ADMINISTRATIVA PUNTO13.12	DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR EL QUE SE APROBARON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO SU ANEXO ÚNICO", EN LA REGLA NOVENA DEL CITADO ACUERDO ESTABLECE QUE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL GOZARÁ DE VIGENCIA DURANTE EL DÍA DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO GENERADA, Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA DOS DÍAS HÁBILES ANTES A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ESTO YA QUE SI LA MISMA SE DESCARGA EL MISMO DÍA DE LA APERTURA SE CORRE EL RIESGO DE NO PODER CARGAR NUESTRA PROPUESTA POR LA PREMURA DE CUMPLIR CON EL HORARIO DE APERTURA ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
1115565	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.3. IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES	PUNTO 1.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISE SI, EN CASO DE QUE ALGÚN DOCUMENTO INTEGRANTE DE LA PROPOSICIÓN SE ENCUENTRE ORIGINALMENTE EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SERÁ VÁLIDA LA PRESENTACIÓN DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. FAVOR DE CONFIRMAR.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115566	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	10. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN	PUNTO 10. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISE SI LA MUESTRA FÍSICA QUE SERÁ REVISADA POR LA COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELGACIONAL CORRESPONDERÁ A UNA MUESTRA TOMADA DEL LOTE EFECTIVAMENTE ENTREGADO, O BIEN, SI DEBERÁ PRESENTARSE UNA MUESTRA FÍSICA INDEPENDIENTE AL LOTE SUMINISTRADO. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE CONFIRMA QUE LA MUESTRA DEBERA SER DEL LOTE EFECTIVAMENTE ENTREGADO.FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1115567	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	TÉCNICO	2.1 CALIDAD EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO A)	2.1 CALIDAD EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO A) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, PODEMOS PRESENTAR INDISTINTAMENTE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR INDICADO EN EL REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
1115568	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.13. OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES	PUNTO 13.13 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS CON FECHA DE HASTA 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
1115569	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	TÉCNICO	2.1 CALIDAD EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO A)	2.1 CALIDAD EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO A) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DE POYO EN ESCRITO LIBRE. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE CONFIRMA QUE SE SOLICITA CARTA EN ESCRITO LIBRE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115570	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	TÉCNICO	2.1 CALIDAD EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO A)	2.1 CALIDAD EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO A) EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL ANEXO QUE DEBEMOS UTILIZAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO. FAVOR DE COMPARTIR.	LA RESPUESTA ANTERIOR NO ES NEGATIVA.
1115571	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO XVIII	ANEXO XVIII SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER LA CORRECCIÓN EN EL NÚMERO DE ANEXO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, PUESTO QUE EL FORAMTO DE PROPUESTA ECONÓMICA COMPARTIDO EN EL PORTAL DE COMPRAS MX HACE REFERENCIA AL ANEXO XXIII. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL NUMERO DE ANEXO DE LA PROPUESTA ECONOMICA ES EL XVIII, REFERIDO EN EL NUMERAL 14. PROPUESTA ECONOMICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1115572	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO XVIII	ANEXO XVIII SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA AGREGAR AL ANEXO XVIII PROPUESTA ECONÓMICA COLUMNAS CON EL FIN DE INCORPORAR CANTIDADES E IMPORTES MINIMOS Y MÁXIMOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
1115583	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026	PARTIDA 57, 58, 59, 60 : CON RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LAS AGUJAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO LIMITAR LA CONCURRENCIA DE PROVEEDORES, SE ACEPTARÁN MARCAS ALTERNATIVAS DE RECONOCIDA CALIDAD INTERNACIONAL, TALES COMO LA MARCA TECHNOMED, U OTRAS EQUIVALENTES QUE CUMPLAN CABALMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE SEGURIDAD REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115594	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026	PARTIDA 57: CON EL FIN DE PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRECISA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISAR EL CALIBRE EXACTO (GAUGE) REQUERIDO PARA LAS AGUJAS CON UNA LONGITUD DE 25 MM, INDICANDO SI ESTE DEBE SER ESPECÍFICAMENTE DE 26G O DE 28G, O BIEN, SI AMBOS CALIBRES RESULTAN ACEPTABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FIN MÉDICO AL QUE SE DESTINAN.	SE LE ACLARA QUE SE SOLICITA DE 28 GAUGE PARA ESTA PARTIDA. ADEMÁS REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115600	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026	PARTIDA 57, 58, 59, 60: RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL BIEN REQUERIDA EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE AUTORIZAR LA ENTREGA DE LAS AGUJAS EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 25 PIEZAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL PRECIO UNITARIO COTIZADO SE AJUSTARÁ PROPORCIONALMENTE Y QUE ESTO NO AFECTA EL VOLUMEN TOTAL DE PIEZAS SOLICITADAS NI LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DEL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, NO ES MODIFICABLE LA PRESENTACION DE LAS CLAVES IMSS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115603	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026	PARTIDA 58: CON EL FIN DE PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRECISA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISAR EL CALIBRE EXACTO (GAUGE) REQUERIDO PARA LAS AGUJAS CON UNA LONGITUD DE 37 MM, INDICANDO SI ESTE DEBE SER ESPECÍFICAMENTE DE 26G O DE 28G, O BIEN, SI AMBOS CALIBRES RESULTAN ACEPTABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FIN MÉDICO AL QUE SE DESTINAN.	SE LE ACLARA QUE SE SOLICITA DE 28 GAUGE PARA ESTA PARTIDA. ADEMÁS REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115611	GRUPO EMEQR SA DE CV	TÉCNICO	2.1. CALIDAD, CARTA DE APOYO DEL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			FABRICANTE.	AUTORIZADO EN MÉXICO QUE ES EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	
1115612	GRUPO EMEQUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01, REQUERIMIENTO, PARTIDA 125	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA ESTE CARTUCHO REQUIERE DE LA ENTREGA DE ENGRAPADORA PARA SU USO. FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTO, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115613	GRUPO EMEQUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01, REQUERIMIENTO, PARTIDA 125	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTÉ ENTREGAR 1 ENGRAPADORA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO POR CADA 4 CARTUCHOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1115680	INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMAS QUIRURGICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 13 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	DICE: DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO, EL LICITANTE DEBERÁ FOLIAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE Y POR SER UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, PODRÁ ENVIARSE EN VARIOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS. ... SÓLO LA FALTA ABSOLUTA DE FOLIO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, CUANDO SE CONSTATE QUE LA DOCUMENTACIÓN NO MANTIENE CONTINUIDAD EN LAS HOJAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN Y ELLO IMPLIQUE NO CONTAR CON INFORMACIÓN SUFICIENTE Y ESTA CIRCUNSTANCIA IMPIDA LLEVAR A CABO SU EVALUACIÓN Y POR TANTO, AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. PREGUNTA: AL SER UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y CON LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA QUE ESTABLECE LA SFP PARA ESTE EFECTO, FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA OMISIÓN DE ESTE PUNTO NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN, DEBIDO A QUE CADA DOCUMENTO SERÁ CARGADO EN EL PORTAL DE COMPRANET EN EL CAMPO DESTINADO PARA ELLO, POR LO QUE NO SE AFECTA LA CONTINUIDAD NI LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACLARA AL LICITANTE QUE RESPECTO DE LA FIRMA DE LA PROPOSICION Y A SU FOLIADO, SE SUJETARA A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP
1115681	INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMAS QUIRURGICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1 CALIDAD. 2) PARA BIENES DE IMPORTACION	DICE: EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO: A) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN HOJA MEMBRETADA FIRMADA. (ANEXO TÉCNICO 10). PREGUNTA: EL ANEXO TECNICO X AL QUE REFIEREN EN DICHO NUMERAL CORRESPONDE EN LA SECCION DE ANEXOS A LA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE, LA PREGUNTA ES	SE ACLARA QUE PARA LA CARTA DE APOYO PUEDE PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SABER SI SE AGREGARA UN FORMATO PARA LA CARTA DE RESPALDO O PUEDE SER EN FORMATO LIBRE. FAVOR DE ACLARAR.	
1115703	INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMAS QUIRURGICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.15 ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERESES	DICE: A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS. ANEXO XIV. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA, ÚNICAMENTE EL ANEXO XIV DEBIDAMENTE REQUISITADO? FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACLARA AL LICITANTE QUE AL PRESENTAR EL ANEXO NUMERO XIV, SOLO SE CUMPLE CON EL REQUISITO DEL NUMERAL 13.15 ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS
1115767	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	OTROS	RUBROS COMPRAS MX LEGAL - ADMINISTRATIVO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ ESCRITO O FORMATO SE DEBE SUBIR EN EL RUBRO NUMERO 11 DEL APARTADO LEGAL - ADMINISTRATIVO DEL PORTAL COMPRAS MX, "ESCRITO DE AUSENCIA DE INTERÉS".	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL LICITANTE QUE DEBERA REQUISITAR EL ANEXO XIV DEL NUMERAL 13.15 E INTEGRARLO A SU PROPOSICION Y SUBIRLO A LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX
1115768	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 68.	DICE: CON VALVULA DE NO REINALACION E INCLUYE PERA BOMBILLA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115769	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 69.	DICE: CON VALVULA DE NO REINALACION E INCLUYE PERA BOMBILLA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115770	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 13.13 DE LA BASES DE LA CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ANEXAR A NUESTRA PROPUESTA LAS OPINIONES FISCALES SAT, IMSS E INFONAVIT CON FECHA ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
1115813	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 67.	DICE: CON VALVULA DE NO REINALACION E INCLUYE PERA BOMBILLA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115973	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES	PARTIDA 5: CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 379.328.0433.00.01, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR INSUMOS DEL EQUIPO 531.357.1100 PARA EL EQUIPO 3M VAC ULTA, SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN MI PROPUESTA Y NOS PERMITAN COTIZAR LA CLAVE 379.561.1411.00.01, DESCRIPCIÓN: UN KIT QUE	NO SE ACEPTA. DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LAASSP, LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES QUE



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONTIENE: 1 APOSITO PARA ABDOMEN ABIERTO, ABTHERA TM SENA T.R.A.C. TM, CONSTA DE UNA CAPA PROTECTORA VISCERAL (VPL), CAPA DE CONTACTO ELABORADA A BASE DE DOS PELICULAS DE POLIURETANO FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA CON UN ESPESOR DE 160 MICRONES DE FORMA OVAL DE DIMENSIONES DE 665 A 802 MM Y UNA ESPONJA ENCAPSULADA CON UN GROSOR DE 10 MM, EN FORMA DE ESTRELLA ESTERIL, LIBRE DE LATEX. DOS PIEZAS DE ESPUMA PERFORADAS, LAS CUALES ESTAN HECHAS A BASE DE ESPUMA DE CELULA ABIERTA DE POLIURETANO DE FORMA OVAL, EL TAMAÑO DEL PORO ES DE 500 A 600 MICRAS..... SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS CON LA MISMA APLICACIÓN DE USO TERAPÉUTICO, OFRECIENDO PRECIOS COMPETITIVOS Y TECNOLOGIA DE VANGUARDIA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 40, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; TODA VEZ QUE NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONOMICA O EN SU CASO REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. ¿SE ACEPTA?	MOTIVAN LA CONTRATACIÓN, ATENDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL BIEN A ADQUIRIR, ASI COMO EN APEGO AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, SIN QUE SE TENGA POR OBJETO FAVORECER O BENEFICIAR A FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR O CASA COMERCIAL DETERMINADA.
1115974	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES	PARTIDA 5: CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 379.328.0433.00.01, QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275026, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE 379.561.1411.00.01 ESTA DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA RESPUESTA ANTERIOR NO ES AFIRMATIVA.
1115975	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES	PARTIDA 5: CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA, CLAVES 379.561.1957.00.01, 379.561.1965.00.01, 379.698.0070.00.00, 379.274.0064.00.00 Y 379.328.0433.00.01, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LO REQUERIDO EN ESTA PARTIDA ES CONTRADICTORIO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP, TODA VEZ QUE SE ESTÁN SOLICITANDO EXCLUSIVAMENTE CONSUMIBLES COMPATIBLES CON EL EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE LA MARCA SMITH & NEPHEW, LO QUE FAVORECE A UNA SOLA CASA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA Y PARTICIPACIÓN DE OTROS COMPETIDORES INTERESADOS EN OFRECER PRODUCTOS EQUIVALENTES. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, REQUERIMOS DE LA MANERA	NO SE ACEPTA. DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LAASSP, LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES QUE MOTIVAN LA CONTRATACIÓN, ATENDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL BIEN A ADQUIRIR, ASI COMO EN APEGO AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, SIN QUE SE TENGA POR OBJETO FAVORECER O BENEFICIAR A FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR O CASA COMERCIAL DETERMINADA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INSUMOS ALTERNATIVOS COMPATIBLES CON EQUIPOS SIMILARES QUE CUMPLAN CON LOS MISMOS ESTÁNDARES DE EFICACIA TERAPÉUTICA Y CALIDAD CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?	
1115976	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES	PARTIDA 5: CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 379.561.1957.00.01, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR INSUMOS DEL EQUIPO 531.357.1100 PARA EL EQUIPO 3M VAC ULTA, SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN MI PROPUESTA Y NOS PERMITAN COTIZAR LA CLAVE 379.561.0900.00.01, DESCRIPCION: UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR..... SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS CON LA MISMA APLICACIÓN DE USO TERAPÉUTICO, OFRECIENDO PRECIOS COMPETITIVOS Y TECNOLOGIA DE VANGUARDIA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 40, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; TODA VEZ QUE NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LAASSP, LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES QUE MOTIVAN LA CONTRATACIÓN, ATENDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL BIEN A ADQUIRIR, ASI COMO EN APEGO AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, SIN QUE SE TENGA POR OBJETO FAVORECER O BENEFICIAR A FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR O CASA COMERCIAL DETERMINADA.
1115977	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES	PARTIDA 5: CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 379.561.1957.00.01, QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275052, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE 379.561.0900.00.01 ESTA DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA RESPUESTA ANTERIOR NO ES AFIRMATIVA.
1115978	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES	PARTIDA 5: CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 379.561.1965.00.01, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR INSUMOS DEL EQUIPO 531.357.1100 PARA EL EQUIPO 3M VAC ULTA, SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN MI PROPUESTA Y NOS PERMITAN COTIZAR LA CLAVE 379.561.0918.00.01, DESCRIPCIÓN: UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON	NO SE ACEPTA. DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LAASSP, LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES QUE MOTIVAN LA CONTRATACIÓN, ATENDIENDO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR..... SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS CON LA MISMA APLICACIÓN DE USO TERAPÉUTICO, OFRECIENDO PRECIOS COMPETITIVOS Y TECNOLOGIA DE VANGUARDIA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 40, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; TODA VEZ QUE NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. ¿SE ACEPTA?	EXCLUSIVAMENTE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL BIEN A ADQUIRIR, ASI COMO EN APEGO AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, SIN QUE SE TENGA POR OBJETO FAVORECER O BENEFICIAR A FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR O CASA COMERCIAL DETERMINADA.
1115983	JCJ DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 107	CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, DESECHABLE. PARA TERAPIA DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA. CON CALENTADOR DE TUBO EN LA RAMA INSPIRATORIA. INCLUYE PUNTAS NASALES CON PUERTO DE INSPIRACION Y ESPIRACION TALLA 0 (O PARA PACIENTES DE <700 GR), CODOS PARA CONEXION DE CANULA, PUERTO Y LINEA DE MONITORIZACION DE PRESION DE PVC, TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, VALVULA PEEP O GENERADOR DE CPAP CON INTERVALO DE AJUSTE DE 1.5 A 20 CMH2O, GORRO Y CINTA VELCRO DE 15 CM. CON CAMARA DE HUMIDIFICACION DESECHABLE UNIVERSAL (PARA PACIENTE NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO), CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON HASTA 150 ML DE CAPACIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00501. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR ESTE MISMO CIRCUITO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y SISTEMA, PERO DE DIFERENTE MARCA CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR UN ADAPTADOR DE CONEXIÓN PARA QUE PUEDA SER USADO EN HUMIDIFICADOR HUMIDEM CT DUAL Y/O HUMIDIFICADOR DE CASCADA FISHER MR 850, POR EQUIPO SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115984	JCJ DISTRIBUCIONES	TÉCNICO	PARTIDA 108	CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, DESECHABLE. PARA	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SA DE CV			TERAPIA DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA. CON CALENTADOR DE TUBO EN LA RAMA INSPIRATORIA. INCLUYE PUNTAS NAALES CON PUERTO DE INSPIRACION Y ESPIRACION TALLA 1 (O PARA PACIENTES DE 700-1250 GR), CODOS PARA CONEXION DE CANULA, PUERTO Y LINEA DE MONITORIZACION DE PRESION DE PVC, TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, VALVULA PEEP O GENERADOR DE CPAP CON INTERVALO DE AJUSTE DE 1.5 A 20 CMH2O, GORRO Y CINTA VELCRO DE 15 CM. CON CAMARA DE HUMIDIFICACION DESECHABLE UNIVERSAL (PARA PACIENTE NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO), CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON HASTA 150 ML DE CAPACIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00511. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR ESTE MISMO CIRCUITO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y SISTEMA, PERO DE DIFERENTE MARCA CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR UN ADAPTADOR DE CONEXIÓN PARA QUE PUEDA SER USADO EN HUMIDIFICADOR HUMIDEM CT DUAL Y/O HUMIDIFICADOR DE CASCADA FISHER MR 850, POR EQUIPO SE ACEPTA?	CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1115985	JCJ DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 109	CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL, DESECHABLE. PARA TERAPIA DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA. CON CALENTADOR DE TUBO EN LA RAMA INSPIRATORIA. INCLUYE PUNTAS NAALES CON PUERTO DE INSPIRACION Y ESPIRACION TALLA 2 (O PARA PACIENTES DE 1250-2000 GR), CODOS PARA CONEXION DE CANULA, PUERTO Y LINEA DE MONITORIZACION DE PRESION DE PVC, TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, VALVULA PEEP O GENERADOR DE CPAP CON INTERVALO DE AJUSTE DE 1.5 A 20 CMH2O, GORRO Y CINTA VELCRO DE 15 CM. CON CAMARA DE HUMIDIFICACION DESECHABLE UNIVERSAL (PARA PACIENTE NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO), CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON HASTA 150 ML DE CAPACIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00521. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR ESTE MISMO CIRCUITO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y SISTEMA, PERO DE DIFERENTE MARCA CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR UN ADAPTADOR DE CONEXIÓN PARA QUE PUEDA SER USADO EN HUMIDIFICADOR HUMIDEM CT DUAL Y/O HUMIDIFICADOR DE CASCADA FISHER MR 850, POR EQUIPO SE ACEPTA?	
1115999	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES	PARTIDA 5: CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 379.561. 1965.00.01, QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275053, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE 379.561.0918.00.01 ESTA DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA RESPUESTA EN EL ID 1115978 NO ES AFIRMATIVA.
1116000	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES	PARTIDA 5: CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 379.698.0070.00.00 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ELIMINE ESTA CLAVE DE LA PARTIDA 5, YA QUE TIENE UNA FUNCIONALIDAD DE DESBRIDAMIENTO, LA CUAL NO ES UNA CARACTERÍSTICA O FUNCIONALIDAD EN LA CLAVE DEL EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD 531.357.0011. Y REPRESENTA UN ACCESORIO EXCLUSIVO DE UNA MARCA, PARA UNA MODALIDAD DE TRATAMIENTO CON EQUIPOS DE HIDRO-DISECCIÓN. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 40, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; TODA VEZ QUE NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LAASSP, LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES QUE MOTIVAN LA CONTRATACIÓN, ATENDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL BIEN A ADQUIRIR, ASI COMO EN APEGO AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, SIN QUE SE TENGA POR OBJETO FAVORECER O BENEFICIAR A FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR O CASA COMERCIAL DETERMINADA.
1116001	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES	PARTIDA 5: CONSUMIBLES PARA TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 379.274.0064.00.00, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR INSUMOS DEL EQUIPO 531.357.1100 PARA EL EQUIPO 3M VAC ULTA, SIN QUE SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN MI PROPUESTA Y NOS PERMITAN COTIZAR LA CLAVE 379.375.0526.00.02, DESCRIPCIÓN: RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. ULTA.	NO SE ACEPTA. DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LAASSP, LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES QUE MOTIVAN LA CONTRATACIÓN, ATENDIENDO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 100 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO..... SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS CON LA MISMA APLICACIÓN DE USO TERAPÉUTICO, OFRECIENDO PRECIOS COMPETITIVOS Y TECNOLOGIA DE VANGUARDIA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 40, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; TODA VEZ QUE NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. ¿SE ACEPTA?	EXCLUSIVAMENTE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL BIEN A ADQUIRIR, ASI COMO EN APEGO AL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, SIN QUE SE TENGA POR OBJETO FAVORECER O BENEFICIAR A FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR O CASA COMERCIAL DETERMINADA.
1116002	JCJ DISTRIBUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 103	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE, PARA TERAPIA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENO (SHOT), CON CONEXION DE LA TOMA DE OXIGENO A LA CAMARA HUMIDIFICADORA CON TUBO LISO DE PVC DE 1/8" Y CONECTOR TIPO COLA DE RATON. CON ALAMBRE CALENTADOR DE TUBO INTERNO Y DOS PUERTOS PARA CONEXION DE SENSOR DE TEMPERATURA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL (NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO) DESECHABLE CON SISTEMA DE AUTOLLENADO, DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD DE 150 ML. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00571. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE 531.480.0128; HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA CLAVE 531.480.0193 Y PARA EL HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO CLAVE 531.480.0102 MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT DUAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR ESTE MISMO CIRCUITO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y SISTEMA, PERO DE DIFERENTE MARCA CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR UN ADAPTADOR DE CONEXIÓN PARA QUE PUEDA SER USADO EN HUMIDIFICADOR HUMIDEM CT DUAL Y/O HUMIDIFICADOR DE CASCADA FISHER MR 850, POR EQUIPO SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116118	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1. CALIDAD. 1) PARA BIENES NACIONALES. 2)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1.- CALIDAD, 1) PARA BIENES NACIONALES. 2)	SE CONFIRMA QUE PODRA PRESENTAR CARTA DE APOYO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR INDICADO EN EL



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PARA BIENES DE IMPORTACIÓN.	PARA BIENES DE IMPORTACIÓN. "EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO" INCISO A) SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO EXPEDIDA POR EL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO FAVOR DE CONFIRMAR	REGISTRO O FABRICANTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116119	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 17, 18 Y 24	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA LAS PARTIDAS 17, 18 Y 24, CORRESPONDIENTES A BRAZALETES PARA PANI, SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE LA CONFIGURACIÓN DE 1 VÍA, DE 2 VÍAS, O BIEN, SI SE ACEPTARÁN AMBAS CONFIGURACIONES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PLENAMENTE COMPATIBLES CON EL MONITOR DE SIGNOS VITALES SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.	SE ACLARA QUE SE ACEPTAN EN AMBAS CONFIGURACIONES, SIEMPRE Y CUANDO SEA TECNOLOGIA FLEXIPOINT, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116120	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 79, 80 ,81, 82 Y 83	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 79, 80, 81, 82 Y 83, TODA VEZ QUE EN LA COLUMNA DENOMINADA "PRECISIÓN TÉCNICA" ÚNICAMENTE SE SEÑALA LA LEYENDA "SE ADJUNTA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO"; SIN EMBARGO, DICHAS CÉDULAS NO SE ENCUENTRAN VISIBLES NI INTEGRADAS DENTRO DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CÉDULAS SEÑALADAS SE PUBLICAN EN EL PORTAL DE COMPRAS MX, LAS CUALES DEBERAN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA.
1116188	VIANTECH MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40: JUEGO PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS "WILSON / COOK". NUMERO DE	ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN EN EL NÚMERO DE BANDAS Y QUE DEBE DECIR "NÚMERO DE BANDAS: 6" TAL COMO CORRESPONDE AL NÚMERO DE CATÁLOGO AHÍ MENCIONADO, POR LO QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR NÚMERO DE BANDAS: 6, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, NUMERO DE BANDAS:10 , SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116189	VIANTECH MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40: JUEGO PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS "WILSON / COOK". NUMERO DE	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA ACEPTADA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LA PARTIDA 40 CON: NÚMERO DE BANDAS: 6	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, NUMERO DE BANDAS:10 , SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116212	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	10. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: DICE QUE SE DEBERÁ HACER ENTREGA DE UNA MUESTRA FÍSICA DE CADA PRODUCTO. LA ENTREGA DE ESTAS MUESTRAS SE HARÁ SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO Y PREVIO A LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y DICHA MUESTRA PERMANECERÁ CON USTEDES HASTA QUE SE ENTREGUE LA TOTALIDAD DE LO ADJUDICADO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, EL ADJUDICADO DEBERA LLEVAR UNA MUESTRA DEL LOTE A ENTREGAR, SE REvisa DICHA MUESTRA QUE FORMA PARTE DEL TOTAL DE LA ENTREGA Y PROCEDE A ENTREGAR EN ALMACEN, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
1116213	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	ENTENDEMOS QUE CUANDO SE HACE REFERENCIA A UNA "ORDEN DE REPOSICIÓN" SE INDICA QUE LA CONTRATACIÓN SERÁ ABIERTA Y QUE LOS BIENES SE ESTARÁN SUMINISTRANDO DURANTE EL TRANSURSO DEL AÑO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES Y AL	LA CONTRATACION SERÁ POR CONTRATO ABIERTO CON EMISIÓN DE ORDENES DE REPOSICION DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO QUE NO



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				FINAL DEL AÑO SE ESTARÁ SUMINISTRANDO LA TOTALIDAD DE LO ADJUDICADO. PERO POR OTRO LADO, CUANDO MENCIONAN "PEDIDO PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO" SE ENTIENDE QUE SERÁ UN CONTRATO EN DONDE SE ESTARÁ SOLICITANDO EN UNA SOLA ENTREGA LA TOTALIDAD DE CADA PARTIDA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE QUÉ TIPO DE CONTRATACIÓN SE ESTARÁ MANEJANDO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.	NECESARIAMENTE IMPLICA LLEGAR AL FINAL DEL AÑO A SOLICITAR TODO COMO SE APRECIA EN SU PLANTEAMIENTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116214	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	2.2.2. PROGRAMA DE ENTREGAS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA UNIDAD A LA QUE LE SERÁN SUMINISTRADOS LOS BIENES.	SE ACLARA QUE LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS SE LOCALIZAN EN LAS BASES DE LA LICITACION, CON ENTREGA EN ALMACEN DELEGACIONAL. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116215	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVO	2.2.2. PROGRAMA DE ENTREGAS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁL SERÁ EL FLUJO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES, ES DECIR, CADA CUÁNTO SE ESTARÁN REALIZANDO LAS SOLICITUDES DE REPOSICIÓN.	LAS SOLICITUDES DE ORDENES DE REPOSICIÓN EN APEGO A LAS NECESADES DEL OOAD, PREVIA COMUNICACION CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116272	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVO	NUMERAL 2.2.2.2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	FAVO DE CONFIRMAR ¿CUANTOS DIAS NATURALES SE TENDRAN PARA LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS ORDENES DE REPOSICION?	SE CONFIRMA QUE 10 A 12 DIAS, SEGÚN INDIQUE LA ORDEN DE REPOSICION, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116273	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 32	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN CABLE DE CONEXIÓN BIPOLAR DE 2 PINES DE 22 MM, PARA PINZA BIPOLAR CON CONECTOR EUROPEO Y LONGITUD DE 4 METROS. LA LONGITUD DE 4 METROS PROPORCIONA MOVILIDAD Y ERGONOMÍA AL PERSONAL MÉDICO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, FACILITANDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO EN EL QUIRÓFANO Y REDUCIENDO LA TENSIÓN SOBRE LAS CONEXIONES. POR LO ANTERIOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1116274	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 33	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA PINZA BIPOLAR CÁLCICA TIPO BAYONETA CON CONEXIÓN TIPO EUROPEA, DE 190 MM DE LONGITUD TOTAL, PUNTA ROMA DE 2 MM Y LONGITUD DE PUNTA DE 6 MM, TODA VEZ QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS OFRECEN VENTAJAS FUNCIONALES EQUIVALENTES O SUPERIORES PARA EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO REQUERIDO. LA CONFIGURACIÓN TIPO BAYONETA PROPORCIONA MEJOR VISIBILIDAD DEL CAMPO QUIRÚRGICO Y FACILITA EL ACCESO A ZONAS PROFUNDAS O DE DIFÍCIL ABORDAJE, FAVORECIENDO LA PRECISIÓN OPERATORIA. ASIMISMO, LA LONGITUD TOTAL DE 190 MM BRINDA UN EQUILIBRIO ÓPTIMO ENTRE ALCANCE Y MANIOBRABILIDAD. DE IGUAL	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				FORMA, LA CONEXIÓN TIPO EUROPEA GARANTIZA COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS DE ELECTROCIRUGÍA BIPOLAR COMÚNMENTE UTILIZADOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. TODO LO ANTERIOR, SIN AFECTAR LA FINALIDAD CLÍNICA DEL BIEN SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	
1116275	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 57	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS CON CARACTERÍSTICAS 25 MM X 28 GA X 0.76 M (GRIS), EL CABLE YA ESTA INCLUIDO CON EL ELECTRODO SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO, NI COMPATIBILIDAD CON EL ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES; POR EL CONTRARIO, BRINDA MAYOR COMODIDAD Y MANIOBRABILIDAD DURANTE EL PROCEDIMIENTO. ASIMISMO, EL CAMBIO DE COLOR GRIS CORRESPONDE ÚNICAMENTE A UNA VARIACIÓN ESTÉTICA DEL FABRICANTE, SIN IMPACTO TÉCNICO O FUNCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1116276	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 58	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS CON CARACTERÍSTICAS 38 MM X 28 GA X 0.76 M (VERDE CLARO), EL CABLE YA ESTA INCLUIDO CON EL ELECTRODO SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO, NI COMPATIBILIDAD CON EL ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES; POR EL CONTRARIO, BRINDA MAYOR COMODIDAD Y MANIOBRABILIDAD DURANTE EL PROCEDIMIENTO. ASIMISMO, EL CAMBIO DE COLOR VERDE CLARO CORRESPONDE ÚNICAMENTE A UNA VARIACIÓN ESTÉTICA DEL FABRICANTE, SIN IMPACTO TÉCNICO O FUNCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1116277	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 59	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS CON CARACTERÍSTICAS 50 MM X 26 GA X 0.76 M (NARANJA), EL CABLE YA ESTA INCLUIDO CON EL ELECTRODO SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO, NI COMPATIBILIDAD CON EL ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES; POR EL CONTRARIO, BRINDA MAYOR COMODIDAD Y MANIOBRABILIDAD DURANTE EL PROCEDIMIENTO. ASIMISMO, EL CAMBIO DE COLOR NARANJA CORRESPONDE ÚNICAMENTE A UNA VARIACIÓN ESTÉTICA DEL FABRICANTE, SIN IMPACTO TÉCNICO O FUNCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1116278	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 60	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS CON CARACTERÍSTICAS 75 MM X 25 GA X 0.76 M (ROJO), EL CABLE YA ESTA INCLUIDO CON EL ELECTRODO SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO, NI COMPATIBILIDAD CON EL ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES; POR EL CONTRARIO, BRINDA MAYOR COMODIDAD Y MANIOBRABILIDAD DURANTE EL PROCEDIMIENTO. ASIMISMO, EL CAMBIO DE COLOR ROJO CORRESPONDE ÚNICAMENTE A UNA VARIACIÓN ESTÉTICA DEL FABRICANTE, SIN IMPACTO TÉCNICO O FUNCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1116279	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 72	PARA LA PARTIDA NO. 72 RESPECTO A LA CLAVE 379.782.0010.00.01 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE CON VÁLVULA PEEP INTEGRADA, AUN CUANDO NO CUENTE CON MANÓMETRO INCORPORADO, YA QUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO ES PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL EFECTIVA Y SEGURA EN SITUACIONES DE URGENCIA O SOPORTE RESPIRATORIO TEMPORAL. LO ANTERIOR SE SUSTENTA EN QUE EL CONTROL DE PRESIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA PUEDE REALIZARSE MEDIANTE LA TÉCNICA, EXPERIENCIA Y VALORACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL MÉDICO, ASÍ COMO POR EL USO DE VÁLVULA PEEP, LA CUAL CONTRIBUYE A MANTENER PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN Y MEJORAR LA OXIGENACIÓN DEL PACIENTE. ASIMISMO, EL MANÓMETRO NO MODIFICA LA CAPACIDAD DEL RESUCITADOR PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL, NI REPRESENTA UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL EQUIPO EN PACIENTES ADULTOS, POR LO QUE SU AUSENCIA NO LIMITA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO CLÍNICO DEL DISPOSITIVO. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116280	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 74	PARA LA PARTIDA NO. 74 RESPECTO A LA CLAVE 379.782.0028.00.01 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON VÁLVULA PEEP INTEGRADA, AUN CUANDO NO CUENTE CON MANÓMETRO INCORPORADO, YA QUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO ES PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL EFECTIVA Y SEGURA EN SITUACIONES DE URGENCIA O SOPORTE RESPIRATORIO TEMPORAL. LO ANTERIOR SE SUSTENTA EN QUE EL CONTROL DE PRESIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA PUEDE REALIZARSE MEDIANTE LA TÉCNICA, EXPERIENCIA Y VALORACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL MÉDICO, ASÍ COMO POR EL USO DE VÁLVULA PEEP, LA CUAL CONTRIBUYE A MANTENER PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN Y MEJORAR LA OXIGENACIÓN DEL PACIENTE. ASIMISMO, EL MANÓMETRO NO MODIFICA LA CAPACIDAD DEL RESUCITADOR PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL, NI REPRESENTA UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL EQUIPO EN PACIENTES NEONATALES, POR LO QUE SU AUSENCIA NO LIMITA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO CLÍNICO DEL DISPOSITIVO. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116281	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 75	PARA LA PARTIDA NO. 75 RESPECTO A LA CLAVE 379.782.0028.00.01 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	LA SALUD MX SA DE CV			CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN RESUCITADOR PEDIATRICO DESECHABLE CON VÁLVULA PEEP INTEGRADA, AUN CUANDO NO CUENTE CON MANÓMETRO INCORPORADO, YA QUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO ES PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL EFECTIVA Y SEGURA EN SITUACIONES DE URGENCIA O SOPORTE RESPIRATORIO TEMPORAL. LO ANTERIOR SE SUSTENTA EN QUE EL CONTROL DE PRESIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA PUEDE REALIZARSE MEDIANTE LA TÉCNICA, EXPERIENCIA Y VALORACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL MÉDICO, ASÍ COMO POR EL USO DE VÁLVULA PEEP, LA CUAL CONTRIBUYE A MANTENER PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN Y MEJORAR LA OXIGENACIÓN DEL PACIENTE. ASIMISMO, EL MANÓMETRO NO MODIFICA LA CAPACIDAD DEL RESUCITADOR PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL, NI REPRESENTA UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL EQUIPO EN PACIENTES PEDIATRICO, POR LO QUE SU AUSENCIA NO LIMITA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO CLÍNICO DEL DISPOSITIVO. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	CONVOCATORIA.
1116282	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 83	DE ACUERDO CON LA PARTIDA 83, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE CUÁLES HOJAS REQUIERE PARA INTEGRAR EL KIT DE LARINGOSCOPIO, CONSIDERANDO QUE CONTAMOS CON UNA AMPLIA GAMA DE HOJAS TIPO MACINTOSH, NÚMEROS 1 AL 5, Y TIPO MILLER, NÚMEROS 00 AL 4, ASÍ COMO CON EL ESTUCHE CORRESPONDIENTE PARA SU RESGUARDO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS CÉDULAS SEÑALADAS SE PUBLICAN EN EL PORTAL DE COMPRAS MX, LAS CUALES DEBERAN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA.
1116283	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 136	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ELECTRODO DE ASA DE TUNGSTENO, RECTO, CON DIÁMETRO DE 10 MM Y LONGITUD DE 130 MM, DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 2.4 MM, DESECHABLE. EL TUNGSTENO PERMITE UTILIZAR UN ALAMBRE MÁS FINO, BRINDANDO MAYOR PRECISIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO, YA QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS SIN DEFORMARSE. ASIMISMO, PROPORCIONA UN MEJOR CONTROL TÉRMICO GRACIAS A SUS PROPIEDADES DE CONDUCTIVIDAD Y RESISTENCIA. POR LO ANTERIOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. 10x10mm
1116284	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA: 137	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ELECTRODO DE ASA DE TUNGSTENO, RECTO, CON DIÁMETRO DE 15 MM Y LONGITUD DE 135 MM, DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE 2.4 MM, DESECHABLE. EL TUNGSTENO PERMITE UTILIZAR UN ALAMBRE MÁS FINO, BRINDANDO MAYOR PRECISIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO, YA QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS SIN DEFORMARSE. ASIMISMO, PROPORCIONA UN MEJOR CONTROL TÉRMICO	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. 10x10mm



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				GRACIAS A SUS PROPIEDADES DE CONDUCTIVIDAD Y RESISTENCIA. POR LO ANTERIOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
1116286	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TIEMPO DE ENTREGA	DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES DEL PAÍS EN EL QUE ESTÁ A PUNTO DE LLEVARSE A CABO EL MUNDIAL, LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN SE HAN VISTO AFECTADOS YA QUE LA LOGÍSTICA DE INSPECCIÓN EN ADUANAS SE VOLVIÓ MÁS RIGUROSA. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE LA PRIMERA ENTREGA DE BIENES SE REALICÉ 30 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, CADA LICITANTE DEBE TOMAR ESE TIPO DE CONSIDERACIONES PARA OFERTAR O NO LAS PARTIDAS SOLICITADAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116543	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR PARA LA PARTIDA 6 EN EL EQUIPO EN COMODATO UN CRANEOTOMO ELECTRICO MARCA BBRAUN, CON LOS INSUMOS PROPIOS DE LA MARCA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LAS CLAVES SOLICITADAS, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116606	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LA PARTIDA 23 EL SENSOR DE TEMPERATURA REQUIERE RECEPTACULO Y SI EL NO PRESENTARLO CON RECEPTACULO EL SENSOR DE TEMPERATURA SERIA CAUSAL DE DESECHAMIENTO ES CORRECTA MI APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116634	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	PARA LAS PARTIDAS 17, 18, 24 SE REQUIERE QUE SEA DE TECNOLOGIA FLEXIPOINT ES CORRECTA MI APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116662	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SE PUEDE PRESENTAR PRODUCTOS DE ORIGEN DE TURQUIA ES CORRECTA MI APRECIACION?	SE INFORMA QUE NO SE PUEDE OFERTAR PRODUCTOS DE DICHO PAIS DE ORIGEN, YA QUE LA PRESENTE LICITACION ES BAJO TRATADOS . SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
1116663	FLEXUS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI PARA LA PARTIDA 73 EL RESUCITADOR ES DESECHABLE O REUSABLE Y SI LLEVA VALVULA PEEP ES CORRECTA MI APRECIACION	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE REQUIERE RESUCITADOR DESECHABLE COMO ESTA DEFINITO EN LAS ACLARACIONES GENERALES Y EN APEGO A LA DESCRIPCION SE REQUIERE SIN VALVULA PEEP, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116702	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2, CLAVE 379 821 3629 00 01 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA BOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA 555 ML (A) Y OTRA AMORTIGUADORA 4445 ML(B) DESPUES DE LA MEZCLA CADA 1000 ML CONTINENE: POTASIO 4 MMOL/L, CALCIO 1.5 MMOL/L, MAGNESIO 0.5 MMOL/L, SODIO 140 MMOL/L, CLORO 113 MEQ/L, BICARBONATO 35 MEQ/L, GLUCOSA 5.6 MMOL/L, AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO 8974 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA MARCA B. BRAUN MODELO OMNI. ¿SE ACEPTA?	
1116703	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2, CLAVE 379 821 3637 00 01 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS, COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA 555 ML(A) Y OTRA AMORTIGUADORA 4445 ML (B). DESPUES DE LA MEZCLA, CADA 1000 ML CONTIENEN: CALCIO 1.5 MMOL/L; MAGNESIO 0.5 MMOL/L; SODIO 140 MMOL/L; CLORO 109 MMOL/L; BICARBONATO 35MMOLQ/L; AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION: EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 8972 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA. MARCA: B. BRAUN. MODELO: OMNI. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116704	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2, CLAVE 379 561 2914 00 01 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, SET DESECHABLE, DESECHABLE Y ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO DE 1.6 M2, FORMADO POR UN HEMOFILTRO DE 1.6 M2 DE POLIETERSULFONA, LINEA ARTERIAL CON LINEA AUXILIAR DE HEPARINA, PUERTO DE MUESTRA Y PUNZON; LINEA VENOSA	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CON PUERTO DE MUESTRA Y PUERTO DE INFUSION EN EL ATRAPABURBUJAS; LINEA DE EFLUENTE CON PUERTO DE MUESTRA; LINEA DE DIALIZADO CON BOLSA DE CALENTADOR; LINEA DE LIQUIDO DE SUSTITUCION; 1 BOLSA DE CEBADO DE 2L, 1 BOLSA DE EFLUENTE DE 7L, 5 SENSORES DE PRESION CON FILTRO DE 0,2 MICRAS PARA LA PROTECCION DE LOS SENSORES DE PRESION, CON VOLUMEN DE COMPARTIMIENTO SANGUINEO/VOLUMEN DE CEBADO DE 187 ML, CON CONECTORES LUER-LOCK Y CLAMPS PARA BOLSAS Y LINEAS. INDICADO PARA EL USO DE INSUFICIENCIAS RENALES AGUDAS Y/O INTOXICACIONES EN PACIENTES DE PESO MAYOR O IGUAL QUE 30 KG, PARA REALIZAR TERAPIAS: SCUUF (ULTRAFILTRACION LENTA CONTINUA), CVVH (HEMOFILTRACION VENO-VENOSA CONTINUA), CVVHD (HEMODIALISIS VENOVENOSA CONTINUA) Y CVVHDF (HEMODIAFILTRACION VENO-VENOSA CONTINUA). PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 7211370. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: B. BRAUN/AESCLAP. MODELO: OMNI ¿SE ACEPTA?	
1116705	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2, CLAVE 379 200 3208 00 01 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, CIRCUITO EXTRACORPOREO DE PVC INTERCONECTADO CONTINE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA, UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS CON JERINGA PERFUSOR DESECHABLE DE 50 ML DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, UNA LINEA PARA LIQUIDO DE HEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REEMPLAZO POST DILUCION, UNA LINEA DE ACCESO AL PACIENTE, UNA LINEA DE COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO, 4 TRANSDUCTORES DE PRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA DE POLIETERSULFONA TAMAÑO 1.6 M2, UNA BOLSA PARA DRENAJE DEL LIQUIDO DE CEBADO CON CAPACIDAD DE 3L, UNA BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO CON CAPACIDAD DE 7L, ESTERIL, Y DESECHABLE. PRESENTACION: SET NUMERO DE CATALOGO 7211427 PARA SU USO EN EL EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE 531.340.0235 MARCA B. BRAUN MODELO OMNI ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116706	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO,	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2, CLAVE 379 561 2898 00 01 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PARTIDA 2	PERMITA OFERTAR, SET DESECHABLE ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, FORMADO POR UN HEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, ESTE FILTRO ESTA CONECTADO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), A UNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL) A UNA LINEA DE ENTRADA DEL DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE), Y UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE (BANDA DE COLOR AMARILLO); TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA POST-DILUCION (BANDA DE COLOR MORADA) Y UNA LINEA PARA ANTICOAGULANTE (JERINGA) CON JERINGA PERFUSOR DESECHABLE DE 50 ML DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. EL SET CONSTA DE UN HEMOFILTRO FIBROSO/DIALIZADOR HUECO MAS UN CARTUCHO ADSORBENTE HA380, UN CIRCUITO DE TUBERIA PREENSAMBLADO A UN SOPORTE DE PLASTICO RIGIDO Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS. PRESENTACIÓN: CAJA CON 4 SETS, NUMERO DE CATALOGO, 7211427 MAS HA-380, PARA SU USO EN EL EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) CLAVE 531.340.0235 MATRCA B. BRAUN MODELO OMNI ¿SE ACEPTA?	
1116707	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2	CONVOCATORIA, ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 1, REQUERIMIENTO, PARTIDA 2, CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA PARTIDA SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLARE SI PARA LOS CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE REMPLAZO RENAL SE REQUIERE EQUIPO EN COMODATO O ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO	SE ACLARA QUE LOS CONSUMIBLES SON PARA EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116717	YOUNG MEDICAL GROUP SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 70	CON EL FIN DE DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA Y NO ORIENTAR ESTE CONSUMIBLE EN UNA MARCA EN PARTICULAR, AL SER UN PRODUCTO MULTIMARCA POR CONEXIÓN ESTÁNDAR CON COMPATIBILIDAD PARA PACIENTE ADULTO-PEDIÁTRICO COMO REQUERIDO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR ES POSIBLE OFERTAR CON NÚMERO DE CATÁLOGO SEGUN FABRICANTE CUMPLIENDO CON LA DESCRIPCIÓN: FILTRO HMEF . FAVOR DE CONFIRMAR	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. 10x10mm
1116718	YOUNG MEDICAL GROUP SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 124	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR ES CORRECTO OFERTAR CAL SODADA EN PRESENTACIÓN DE BIDÓN 5L, CUMPLIENDO TOTALMENTE CON LA CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA Y LA COMPATIBILIDAD MULTIMARCA EN ANESTESIA	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116751	YOUNG MEDICAL GROUP SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE BIENES	CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR PLENAMENTE CON LO SOLICITADO EN ESTA LICITACIÓN Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE PIEZAS DEDICADAS CUYA FABRICACIÓN DEPENDE DE MI REPRESENTADA QUE ES MARCA FABRICANTE, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE SE CONTEMPLA UNA	NO SE ACEPTA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE ENTREGA DE 45 DÍAS A PARTIR DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS BIENES SE SUMINISTREN EN TIEMPO Y FORMA CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	
1116752	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	TÉCNICO	Ø PARA LA PARTIDA 4: CONSUMIBLES PARA ESTERILIZACIÓN POR PLASMA.	HGSZMF 15 MOROLEÓN NO DESCRIBE LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE REQUIERE EN COMODATO. NOS LOS PUEDE CONFIRMAR.	SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE UN EQUIPO COMODATO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116760	YOUNG MEDICAL GROUP SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE BIENES	CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR PLENAMENTE CON LO SOLICITADO EN ESTA LICITACIÓN Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE PIEZAS IMPORTADAS, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE CONOCER LA FECHA ESTIMADA DE LA PRIMERA ORDEN DE REPOSICIÓN A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS BIENES SE SUMINISTREN EN TIEMPO Y FORMA CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	SE ESTIMA UN TIEMPO DE DOS MESES EN APEGO A LOS MOMENTOS INDICADOS POR LA LEY PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS, EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116761	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	TÉCNICO	Ø PARA LA PARTIDA 4: CONSUMIBLES PARA ESTERILIZACIÓN POR PLASMA.	HGSZMF 15 MOROLEÓN NO DESCRIBE LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE REQUIERE EN COMODATO	SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE UN EQUIPO COMODATO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116774	YOUNG MEDICAL GROUP SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARTA DE APOYO	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONFIRME QUE, LA CARTA DE APOYO PUEDE SER EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES A OFERTAR. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE CONFIRMA QUE PODRA PRESENTAR CARTA DE APOYO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR INDICADO EN EL REGISTRO O CARTA APOYO DEL FABRICANTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116807	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUARDA ESTANDART . PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GB942R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116809	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BROCA INICIADORA ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GB304R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116811	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BROCA CORTANTE ESTRIADA DE 2.2MM X 16MM PARA USO CON GUARDA GB942R PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GP352R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO.	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CLAVE: 537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	
1116812	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRESA CORTANTE REDONDA 1MM PARA USO CON GUARDA GB942R. PRESENTACION: PIEZA.NUMERO DE CATALOGO: GP113R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO.CLAVE: 537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116814	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRESA CORTANTE REDONDA 3MM PARA USO CON GUARDA GB942R. PRESENTACION: PIEZA.NUMERO DE CATALOGO: GP124R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO.CLAVE: 537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116815	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRESA CORTANTE REDONDA 4MM PARA USO CON GUARDA GB942R. PRESENTACION: PIEZA.NUMERO DE CATALOGO: GP126R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO.CLAVE: 537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116817	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRESA CORTANTE REDONDA 6MM PARA USO CON GUARDA GB942R. PRESENTACION: PIEZA.NUMERO DE CATALOGO: GP307R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO.CLAVE: 537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116820	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRESA CORTANTE REDONDA 2MM PARA USO CON GUARDA GB942R. PRESENTACION: PIEZA.NUMERO DE CATALOGO: GP117R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO.CLAVE: 537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116821	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRESA CORTANTE REDONDA 5MM PARA USO CON GUARDA GB942R. PRESENTACION: PIEZA.NUMERO DE CATALOGO: GP128R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO.CLAVE: 537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116824	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRESA DIAMANTADA 3MM PARA	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	USO CON GUARDA GB942R. PRESENTACION: PIEZA. NUMERODE CATALOGO: GP153R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO. CLAVE:537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	
1116825	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRESA DIAMANTADA 4MM PARA USO CON GUARDA GB942R. PRESENTACION: PIEZA. NUMERODE CATALOGO: GP155R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO. CLAVE:537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116826	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1, REQUERIMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2026 P. 6.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FRESA DIAMANTADA 5MM PARA USO CON GUARDA GB942R. PRESENTACION: PIEZA. NUMERODE CATALOGO: GP157R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO ELECTRICO. CLAVE:537.260.0055. MARCA: BBRAUN MODELO: ELAN 4 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
1116871	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 13.13 OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LAS 3 OPINIONES DE CUMPLIMIENTO A QUE HACE REFERENCIA EN ESTE NUMERAL (IMSS, ISSSTE Y SAT), CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDO DESDE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA APERTURA DE PROPOSICIONES, EN EL ENTENDIDO QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE PRESENTARÁN VIGENTES Y POSITIVAS A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
1116942	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. ANEXO NÚMERO 1 (UNO). PARTIDA 58	LA CONVOCANTE REQUIERE: AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE DE 37MM. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF37-TP. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE DE 38MM. MANTENIENDO LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO REQUERIDAS, CONSIDERANDO QUE DICHA VARIACIÓN, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD, NI EL USO DEL PRODUCTO. Y POR EL CONTRARIO OTORGA UN RANGO SUPERIOR DE PROFUNDIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
1116947	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE QUE ALGÚN ANEXO O ESCRITO NO NOS SEA APLICABLE, PODER PRESENTAR ESCRITO DE "NO APLICA" O EN SU CASO ANEXO CON MARCA DE AGUA, CON LA MISMA LEYENDA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



-----FIN DE ACTA-----



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>