



INVITACION A CUANDO MENOS TRES
IA-050GYR027-T-146-2023
CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO SEGUNDO SEMESTRE 2023

LICITANTE: AZTEC MEDIC, S.A DE C.V

EN LA OPINION TECNICO MEDICA DE LA EVALUACION: CUMPLE PARCIALMENTE.

CON SU OFERTA TECNICA, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

SI CUMPLE:

Table with 4 columns: PART, CLAVE, DESCRIPCION, PRES. It lists two items: 379.160.0061.00.01 (CAL SODADA GRANULAR) and 379.443.0094.00.01 (LAPIZ CON CONTROL DE MANO REUSABLE).

NO CUMPLE:

Table with 4 columns: Partida, Característica o requisito solicitado, Característica o requisito ofertado, Motivo de incumplimiento. It lists four items (15, 27, 28, 29) where the offered product does not fully meet the technical requirements.

Handwritten signature or mark





INVITACION A CUANDO MENOS TRES  
IA-050GYR027-T-146-2023  
CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO SEGUNDO SEMESTRE 2023

Partida	Característica o requisito solicitado	Característica o requisito ofertado	Motivo de incumplimiento
	TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: NEWPORT. MODELO: HT50.	de capnografía	Por lo que no cumple con lo solicitado por la convocatoria.
30	CIRCUITO DESECHABLE TUBO CORRUGADO DE 6 PIES. ENSAMBLADO VALVULA DE EXHALACIONCON SENSORES DE FLUJO DE AIRE Y PRESION TIPO "Y". PRESENTACION: CAJA CON 20PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M1171508. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE531.941.0964.01.01 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO.MARCA: GE. MODELO: IVENT 201 IC/AB.	Circuito de ventilación desechable circular de 2.10 m con mangueras corrugadas de 22mm de diámetro. Para pacientes adultos. Incluye puerto luerlock para línea de administración de gases	Dentro de su propuesta técnica, con sustento en sus catálogos no se identifica la válvula de exhalación con los sensores de flujo de aire y presión Por lo que no cumple con lo solicitado por la convocatoria.
56	HOJA PARA DERMATOMO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3539-252. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.283.0200 DERMATOMO STRYKER. MARCA: PADGET.MODELO: B.	HOJA PARA DERMATOMO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3539-252. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.283.0200 DERMATOMO STRYKER. MARCA: PADGET.MODELO: B.	Dentro de su propuesta técnica, con sustento en sus catálogos no se identifica que su oferta sea compatible con la marca y modelo de equipo referido en la descripción de la clave. Por lo que no cumple con lo solicitado por la convocatoria.
73	CABLE REUSABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFIA DE 5 PUNTAS TIPO PINZA CON CABLETRONCAL INCLUIDO PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NTCHCRPX5. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA:MEDICA D. MODELO: MORFEUS SERIES 3000.	Cable ECG 5 derivaciones AAMI	Dentro de su propuesta técnica, con sustento en sus catálogos no se hace referencia a la compatibilidad con el equipo requerido Por lo que no cumple con lo solicitado por la convocatoria.
91	CIRCUITO DESECHABLE TUBO CORRUGADO DE 6 PIES. ENSAMBLADO VALVULA DE EXHALACIONCON SENSORES DE FLUJO DE AIRE Y PRESION TIPO "Y". PRESENTACION: CAJA CON 20PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M1171508. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE531.941.0964.01.01 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO.MARCA: GE. MODELO: IVENT 201 IC/AB.	Circuito de ventilación desechable circular de 2.10 m con mangueras corrugadas de 22mm de diámetro. Para pacientes adultos. Incluye puerto luerlock para línea de administración de gases	Dentro de su propuesta técnica, con sustento en sus catálogos no se identifica la válvula de exhalación con los sensores de flujo de aire y presión Por lo que no cumple con lo solicitado por la convocatoria.
124	LAPIZ DESECHABLE, CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE ESTANDAR, BOTON ENCENDIDO/APAGADO "GOLDLINE®", ELECTRODO EXT, CABLE DE 10' (3.05M), FUNDA. PAQUETE CON40 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 138115A. PARA USO EN ELEQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA:CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.	LAPIZ DESECHABLE, CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE ESTANDAR, BOTON ENCENDIDO/APAGADO "GOLDLINE®", ELECTRODO EXT, CABLE DE 10' (3.05M), FUNDA. PAQUETE CON40 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 138115A. PARA USO EN ELEQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA:CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.	Dentro de su propuesta técnica, con sustento en sus catálogos se identifica que no oferta de acuerdo con la precisión técnica.
<b>6 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.</b>			
1. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.			

*[Handwritten signature]*





INVITACION A CUANDO MENOS TRES  
IA-050GYR027-T-146-2023  
CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO SEGUNDO SEMESTRE 2023

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO DE LA PROPUESTA TÉCNICA,  
ASÍ COMO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS.

Ing. Mónica Leticia Pacheco Ríos  
Coordinadora de Biomédica  
**Área Técnica**

"EL PRESENTE DICTAMEN FUE SUSCRITO POR LOS SERVIDORES PUBLICOS A CARGO DE LA REVISION Y EVALUACION TECNICA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37 FRACCION VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, NUMERALES 4.21, 4.34 Y 4.35 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS VIGENTES Y LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y DEMAS APLICABLES PARA DETERMINAR EL PRESENTE DICTAMEN TECNICO DE EVALUACION DE PROPUESTAS".

