

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **10:00 horas** del día **24 de Mayo de 2023**, de conformidad con el Artículo 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 Bis fracción II primero y segundo párrafo, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 46 de su Reglamento, así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el Ing. Alejandro Garcia Vanegas Servidor Público facultado por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.131217/337.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.


Quien preside el acto, es asistido por los representantes de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en calidad de representantes del Área Técnica/Requirente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; asimismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por si o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **10:00 horas del día 23 de Mayo de 2023**.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	Nombre, Razón ó Denominación Social	Escrito de Interés	Número de Solicitudes de Aclaración
1	INTERMET, S.A. DE C.V.	Si	247

Se asienta que **se publicaron** solicitudes de aclaración por parte de los licitantes participantes en Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, CompraNet 2023 con número de expediente **E-2023-0000023626** y número de procedimiento **P-2023-000027943** de conformidad con lo siguiente:



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023**

**SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023**

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-N-54-2023

Código del expediente R2023-0505326	Número de procedimiento de contratación LA-50-GYR-050GYR027-N-54-2023	Estatus del procedimiento de contratación VIGENTE JA
Código interno del procedimiento R2023-0505326	Nombre del procedimiento de contratación SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION (SMI PARA PMI)	
Empresas que han presentado propuestas: 0		

Inicio Solicitudes Solicitudes de aclaración

Junta de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de Junta de aclaraciones 23/05/2023 10:00	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de ComprasNet 23/05/2023 10:00
---	---

Empresas que han manifestado interés en participar

Registrar
Exportar listado

Junta de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de Junta de aclaraciones 23/05/2023 10:00	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de ComprasNet 23/05/2023 10:00
---	---

Empresas que han manifestado interés en participar

Registrar
Exportar listado

Núm.	Empresa	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Preguntas
1	GRUPO ENDUROCLASER S DE RL DE CV	18/05/2023 19:58				
2	INTERNET SA DE CV	22/05/2023 08:50	22/05/2023 09:12			
3	IAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	16/05/2023 15:51				

Registrar Solicitudes de aclaración



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

Acto seguido y con fundamento en el artículo 46, fracción I del Reglamento, a solicitud del área técnica, en razón del volumen y la complejidad de las solicitudes de aclaración recibidas y dado que se están integrando las respuestas correspondientes, quien preside el evento determinó realizar la **suspensión del acto** y consecuentemente, se señala para su **reanudación** a las **10:00 horas del 07 de junio de 2023**.

-----**SUSPENSIÓN**-----

Siendo las **10:00 horas del 07 de junio de 2023**, se reanuda la suspensión para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.-----

PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

Quien preside el acto, informa que el área técnica desea efectuar alguna precisión a la convocatoria, por lo que el área requirente manifiesta precisiones de carácter técnico a la convocatoria; así mismo el Área Convocante declara que existen precisiones legales administrativas a la Convocatoria.

Quien preside el acto, informa a los presentes que dado el volumen de la información se adjunta a la letra, como **Anexo Número I**, a la presente acta.-----

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como la respuesta otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el **Anexo número II** de la presente acta, de la misma manera se publica archivo en CompraNet 2023, denominado "**respuestas a las preguntas T54 2023**" en formato Excel, mismo que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por CompraNet 2023 las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **diecinueve (19) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas), recibidas a las **10:00 horas del 08 de Junio de 2023**.-----

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Asimismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de presentación y apertura de proposiciones en CompraNet <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> para efectos de su notificación a los licitantes, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **15:30 horas del día 07 de Junio de 2023**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 2 fracción II, 37 Bis de la Ley y 49 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes la publicación de esta Acta en el sistema Compranet, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: <https://upcp-compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html>

Esta acta consta de **III Anexos** y un total de **49 hojas útiles por ambos lados y una útil más por su anverso**. -----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Nombre	Área	Firma
Ing. Alejandro Garcia Vanegas	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dra. Carmen Rodriguez Deniz	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud	
Lic. Cesar Adán Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Firma
Lic. Lic. Guillermina Lizbeth Tapia Ramírez	Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades	119001-1501001/ADQ/0077/2023



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
 (SMI PARA PMI) 2023

Anexo número I.

Precisiones Técnicas

No.	Punto de la Convocatoria	Aclaración o Precisión Técnica Médica o Administrativa
1	FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI"	SE MODIFICA Y SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA.
2	Numeral de la convocatoria 2.1.1. Plazo de entrega.	DICE: Inicio para la prestación del Servicio: Será a partir del día 46 (cuarenta y seis) natural posterior a la emisión y notificación del fallo al 31 de Octubre de 2023 DEBE DECIR: El inicio de la prestación del servicio será a más tardar el día 46 (cuarenta y seis) natural posterior a la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de Octubre de 2023
3	Numeral de la convocatoria 2.4.2.7. Fecha de fabricación de sus equipos.	DICE: El licitante participante presentará escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste que en caso de que los equipos ofertados son nuevos y en caso de ser usados mediante el FORMATO T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 7(siete) años cero meses de Fabricación (a partir 2018)." (contenido en formatos de SMI para PMI) que tienen una fecha de fabricación no mayor a 7 años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta. El no presentar la carta, será causal de desechamiento. DEBE DECIR: El licitante participante presentará escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste que en caso de que los equipos ofertados son nuevos y en caso de ser usados mediante el FORMATO T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 7(siete) años cero meses de Fabricación (a partir 2016)." (contenido en formatos de SMI para PMI) que tienen una fecha de fabricación no mayor a 7 años



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023
SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

No.	Punto de la Convocatoria	Aclaración o Precisión Técnico Médica o Administrativa										
		<p>zero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta.</p> <p>El no presentar la carta, será causal de desechamiento.</p>										
4	<p>ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES</p> <p>4.2.7</p>	<p>DICE:</p> <p>Fecha de fabricación de sus equipos: El licitante participante presentará escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste que en caso de que los equipos ofertados son nuevos y en caso de ser usados mediante el FORMATO T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 7(siete) años cero meses de Fabricación (a partir 2018)." (contenido en formatos de SMI para PMI) que tienen una fecha de fabricación no mayor a 7 años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta.</p> <p>El no presentar la carta, será causal de desechamiento.</p> <p>DEBE DECIR:</p> <p>Fecha de fabricación de sus equipos: El licitante participante presentará escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste que en caso de que los equipos ofertados son nuevos y en caso de ser usados mediante el FORMATO T30 "Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 7(siete) años cero meses de Fabricación (a partir 2016)." (contenido en formatos de SMI para PMI) que tienen una fecha de fabricación no mayor a 7 años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta.</p>										
5	<p>Numeral de la convocatoria</p> <p>2.15.2 Criterio de evaluación.</p> <p>Rubros a evaluar</p>	<p>Dice:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA</th> </tr> <tr> <th style="width: 80%;">RUBROS Y SUBRUBROS</th> <th style="width: 20%;">PUNTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1. Capacidad del licitante. a) Capacidad de los Recursos Humanos. b) Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. c) Equidad de Genero d) Participación de MIPYMES </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">24</td> </tr> <tr> <td> 2. Experiencia y especialidad del licitante. a) Experiencia del licitante b) Especialidad del licitante </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">18</td> </tr> <tr> <td> 3. Propuesta de trabajo. a) Metodología </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">8</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA		RUBROS Y SUBRUBROS	PUNTOS	1. Capacidad del licitante. a) Capacidad de los Recursos Humanos. b) Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. c) Equidad de Genero d) Participación de MIPYMES	24	2. Experiencia y especialidad del licitante. a) Experiencia del licitante b) Especialidad del licitante	18	3. Propuesta de trabajo. a) Metodología	8
RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA												
RUBROS Y SUBRUBROS	PUNTOS											
1. Capacidad del licitante. a) Capacidad de los Recursos Humanos. b) Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. c) Equidad de Genero d) Participación de MIPYMES	24											
2. Experiencia y especialidad del licitante. a) Experiencia del licitante b) Especialidad del licitante	18											
3. Propuesta de trabajo. a) Metodología	8											



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

No.	Punto de la Convocatoria	Aclaración o Precisión Técnica Médica o Administrativa
	b) Plan de Trabajo c) Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	
4.	Cumplimiento de contratos.	10
	TOTAL	60

Debe decir:

RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA		
RUBROS Y SUBRUBROS		
RUBRO	PUNTAJE	SUBRUBRO
1. Capacidad del Licitante	24	a) Capacidad de los Recursos Humanos.
		a.1) Experiencia del personal en servicios relacionados con el objeto de la contratación. MAXIMO 5.5
		a.2) Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a los conocimientos académicos o profesionales MÁXIMO 13
		a.3) Dominio de herramientas relacionadas con el servicio MAXIMO 4
		b) Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores
		b.1) Participación de Personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. 0.5
		c) Equidad de Género
		c.1) Equidad de Género 0.5
		d) Participación de MIPYMES
		d.1) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 0.5
2. Experiencia y especialidad del licitante.	18	a) Experiencia del Licitante MAXIMO 9
		b) Especialidad del Licitante MAXIMO 9



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

Aclaración o Precisión Técnico Médica o Administrativa

No.	Punto de la Convocatoria	
10	<p>FORMATO T18</p> <p>"Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios"</p>	<p>Se modifica y se anexa a la presente acta.</p>
11	<p>ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES</p> <p>VIGENCIA Y PLAZO DEL SERVICIO.</p> <p>1 DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p>	<p>DICE:</p> <p>c) Inicio para la prestación del Servicio: Será a partir del día 46 (cuarenta y seis) natural posterior a la emisión y notificación del fallo al 31 de Octubre de 2023</p> <p>El licitante adjudicado se obliga en 10(diez) días hábiles a partir de la emisión y notificación del fallo, previo a la firma del contrato a presentar la documentación en físico requeridas por el Instituto, del Personal técnico, Equipo y Bienes de consumo básicos y complementarios contenidos en el presente documento y Anexo técnico.</p> <p>Nota: En caso de que el licitante adjudicado esté en posibilidad de dar inicio a la prestación del servicio antes del día 46 (cuarenta y seis) naturales podrá hacerlo, previa coordinación y corresponsabilidad con el administrador del contrato y auxiliares del contrato del Instituto correspondiente, de forma que el SMI para PMI, se otorgue ininterrumpidamente a la derechohabiente.</p> <p>DEBE DECIR:</p> <p>c) Inicio para la prestación del Servicio: El inicio de la prestación del servicio será a más tardar el día 46 (cuarenta y seis) natural posterior a la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de Octubre de 2023</p> <p>El licitante adjudicado se obliga en 10(diez) días hábiles a partir de la emisión y notificación del fallo, previo a la firma del contrato a presentar la documentación en físico requeridas por el Instituto, del Personal técnico, Equipo y Bienes de consumo básicos y complementarios contenidos en el presente documento y Anexo técnico.</p> <p>Nota: En caso de que el licitante adjudicado esté en posibilidad de dar inicio a la prestación del servicio antes del día 46 (cuarenta y seis) naturales podrá hacerlo, previa coordinación y corresponsabilidad con el administrador del contrato y auxiliares del contrato del Instituto correspondiente, de forma que el SMI para PMI, se otorgue ininterrumpidamente a la derechohabiente.</p>
12	<p>ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES</p> <p>9.1 Penas Convencionales.</p>	<p>DICE:</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

No.	Punto de la Convocatoria	Aclaración o Precisión Técnico Médica o Administrativa				
		Concepto	Unidad de Medida	Penalización	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor de la Pena
		11. Incumplimiento en el inicio de la prestación del servicio con base en el plazo ofertado en el plan de trabajo.	Cuando exceda los 63 (sesenta y tres) días naturales es decir el 30%. Cuando exceda los 77 (setenta y siete) días naturales es decir el 15%.	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente.	El Jefe de Servicio de esta área.	Administrador del Contrato.
DEBE DECIR:						
		11. Incumplimiento en el inicio de la prestación del servicio con base en el plan de trabajo.	Cuando exceda los 46 (cuarenta y seis) días naturales	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente.	El Jefe de Servicio de esta área.	Administrador del Contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

FORMATO T26

“Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI”

Número de Contrato: _____

FOLIOS	DEL	(nombre)	OOAD/UMAE	Unidad Médica	Ciudad	Fecha del Evento	Unidad Tratante	Clave presupuestal	Nombre Completo del médico	Matricula del Médico	Nombre Completo del Paciente	NSS	Agregado del NSS	Días de incapacidad	Procedimiento	Clave (del procedimiento)	Precio del procecimiento	Mes	Bienes de consumo complementarios	Clave del BCC	Año	Precio BCC	Importe Total	Importe con IVA	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

**FORMATO T6
 "Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental"**

PROVEEDOR:	FECHA DEL REPORTE		
	DÍA:	MES:	AÑO:
	FECHA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO		
	DÍA:	MES:	AÑO:
	FOLIO DEL REPORTE:		
UNIDAD MÉDICA QUE REPORTA:			
NÚMERO DE CONTRATO:			
NOMBRE DEL EQUIPO:	EQUIPO (S) O INSTRUMENTAL SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
CLAVE DEL CUADRO BÁSICO:			
MARCA Y MODELO:			
NÚMERO DE SERIE:			
	DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO:		
	ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS:		
El mantenimiento correctivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PIMI) 2023

--

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Conservación	Nombre y Firma del Proveedor	Nombre y Firma del Técnico que Realizó el Mantenimiento
--	------------------------------	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
 (SMI PARA PMI) 2023

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador
 Clínico de la Unidad Médica quien recibe

Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

Anexo II.

Contestación a las solicitudes de aclaración:
Licitante: INTERMET, S.A. DE C.V.

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303808	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.	POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE HABILITAR MÁS PARÁMETROS EN EL APARTADO "PROPUESTA TÉCNICA" Y EL BOTÓN DE ANEXOS ADICIONALES DE COMPRANET, DEBIDO A LA CANTIDAD Y EL VOLUMEN DE ARCHIVOS A CARGAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su Solicitud.
303809	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.5. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE HABILITAR MÁS PARÁMETROS EN EL APARTADO "PROPUESTA TÉCNICA" Y EL BOTÓN DE ANEXOS ADICIONALES DE COMPRANET, DEBIDO A LA CANTIDAD Y EL VOLUMEN DE ARCHIVOS A CARGAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su Solicitud.
303810	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES	ENTENDEMOS QUE SE PODRAN PRESENTAR EN PDF O WORD O EXCEL DE ACUERDO AL CRITERIO DE LOS PARTICIPANTES Y TIPOS DE ARCHIVOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación
303811	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE ENVIAR LA PROPOSICIÓN EN PDF, WORD O EXCEL SEGUN CORRESPONDAN LOS DIFERENTES ANEXOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE FORMATO SOLO APLICA PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, DERIVADO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS A LOS QUE INDICA EL FORMATO: 2 - FECHA EN QUE EL JEFE O RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA RECIBE EL MANUAL DAN 6 - REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL DESARROLLO DEL DAN (ESTA DEBE SER CONSERVADA PARA LA SUPERVISIÓN POR EL JEFE ENDOSCOPIA).	Se acepta su Solicitud. Es correcta la apreciación.
303812	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T25 "MANUAL DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL" (DAN)		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303873	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.4.2.19 METODOLOGIA, INCISO F)	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL FORMATO T25 APLICA UNICAMENTE PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE LOS ENDOSCOPIOS.</p> <p>7.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION. ...REGISTRAR Y COMPLEMENTAR EN EL FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y LOS BIENES DE CONSUMO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS MÉDICOS INDIRECTOS (CTSMI) UTILIZADOS (CONCENTRADO GENERAL) DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION, Y ENVIARLO DENTRO DE LOS 5 DÍAS PREVIOS AL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES, REPORTANDO LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DEL DÍA 26 DEL MES CORRIENTE. VALIDADOS POR EL JEFE DE SERVICIO O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE SE DESIGNE EN SUSTITUCION DE ESTE, DE CIRUGIA O JEFE DE DIVISION.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA: ENVIARLO DENTRO DE LOS 5 DÍAS POSTERIORES AL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES, REPORTANDO LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DEL DÍA 26 DEL MES ANTERIOR AL DÍA 25 DEL MES CORRIENTE, VALIDADOS POR EL JEFE DE SERVICIO O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE SE DESIGNE EN SUSTITUCION DE ESTE, DE CIRUGIA O JEFE DE DIVISION.</p> <p>EN EL ENTENDIDO DE QUE EL REPORTE DEL MES DEBERA SER VALIDADO POR EL JEFE DE SERVICIO O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE SE DESIGNE EN SUSTITUCION DE ESTE, DE CIRUGIA O JEFE DE DIVISION Y REGULARMENTE NO LO RELIZAN EL MISMO DIA DE CIERRE COMO SE SOLICITA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>Es correcta la apreciación.</p> <p>No se acepta propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, remitirse a 2.7.NIVELES DE SERVICIO. El "FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSMI" entregará durante los primeros 5 días posteriores al cierre de cada mes calendario del servicio".</p>
303874	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303875	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO	<p>7.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENVIAR DEL FORMATO T26 DENTRO DE LOS 5 DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL CIERRE. ESTO DERIVADO DE LA CONCILIACIÓN DE LOS FORMATOS T14, CON EL JEFE DE CIRUGÍA, YA QUE EL TIEMPO QUE ESPECIFICA ESTE INCISO ES 5 DÍAS PREVIOS AL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES DEL MES CORRIENTE, VALIDADOS POR EL JEFE DE SERVICIO, LOS CIERRES SON EL DÍA 25 DE CADA MES Y SE PRESTA EL SERVICIO INCLUSO NOCTURNO, INCLUSO HAY CIERRES EN FIN DE SEMANA, POR LO QUE SE EMITIRÍA INCOMPLETO Y SIN VALIDAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>No se acepta propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.7. NIVELES DE SERVICIO. FORMATO T26 "Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSMI" entregará durante los primeros 5 días posteriores al cierre de cada mes calendario del servicio.</p>
303876	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.14. OBLIGACIONES DEL LICITANTE ADJUDICADO A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.	<p>2.14.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD PARA GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ADECUADOS, SE DEBERÁ ENVIAR EL FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSMI", VALIDADO POR LA OOAD/UMAE AL CORREO PMI REALIZADOS A LOS PACIENTES, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS, ASÍ MISMO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL PROPIO SERVICIO COMO: NÚMERO DE CONTRATO, FECHA DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO AL PACIENTE, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, NOMBRE Y MATRÍCULA DEL MÉDICO QUE AUTORIZO, ETC.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON NÚMERO DE CONTRATO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, YA QUE EL FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSMI" NO CUENTA CON ESTOS CAMPOS, FAVOR DE ACLARAR, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD</p>	<p>Favor de remitirse a aclaraciones generales de la presente junta.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
 (SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACERACION	RESPUESTA
303884	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.21. NÚMERO 1)	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, LOS FORMATOS T19 Y T20 ANEXANDO UN ESCRITO LIBRE CON EL LISTADO DE TODO EL PERSONAL DESCRIBIENDO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN CADA UNO DE ELLOS. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta la propuesta, favor de apegarse a los solicitados en el numeral 2.4.2.21 de la presente convocatoria y numeral 4.2.21 Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Curriculum Empresarial, del anexo Términos y Condiciones.</p>
303885	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	<p>6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO Y DEL INSTRUMENTAL DICE: ES PRECISO SEÑALAR QUE LA FECHA ESPECÍFICA DE MANTENIMIENTO NO PODRÁ REBASAR LA SEMANA SEÑALADA Y SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE PUEDE SER MODIFICADO POR LA FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA QUE, EL MANTENIMIENTO SE REALICE DENTRO DEL MES DE MANTENIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO T5 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL, DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, LAS UNIDADES MÉDICAS SUGIEREN LA SEMANA O EL DÍA EN QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO EN BASE A SU PRODUCTIVIDAD O AJUSTE DE SU PROGRAMACIÓN, ESTO PARA NO INTERRUMPIR EL SERVICIO COORDINADO CON LOS JEFE DE ESTA ÁREA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>Favor de apegarse a lo establecido en el numeral 6.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo y del instrumental, donde se hace referencia a la temporalidad de mantenimiento de acuerdo a la productividad, donde se considere el mantenimiento preventivo antes de ser necesario (Preventivo), previo acuerdo con el jefe de servicio el servidor público que se designe en sustitución de éste o el jefe de conservación de la Unidad.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303386	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	<p>7.1 ACTIVIDADES ASISTENCIALES DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS PARA MINIMA INVASIÓN</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL FORMATO T25 APLICA ÚNICAMENTE PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS; DERIVADO DE QUE DICE:</p> <p>EN EL CASO DE LOS ENDOSCOPIOS CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:</p> <p>- LAVADO MECÁNICO DE LOS ENDOSCOPIOS CON BASE EN LA GUÍA DEL FABRICANTE DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO EN EL PACIENTE, O EL USO DE EQUIPO DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS PARA EL LAVADO DE ENDOSCOPIOS; SIENDO DECISIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EN FORMA AUTOMÁTICA O EL LAVADO MECÁNICO ANTES DESCRITO. LA UTILIZACIÓN DEL LAVADO MECÁNICO O EL USO DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS DEBE DE APEGARSE A NORMATIVIDAD CONFORME A LA NOM-045-SSA2-2005 PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES.</p> <p>- TODOS LOS ENDOSCOPIOS UTILIZADOS, DEBERÁN SER SOMETIDOS A UN PROCESO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN) O DE ESTERILIZACIÓN QUE GARANTICE LA ASEPESIA DE ESTOS EN APEGO AL FORMATO T25 MANUAL DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN), PARA EVITAR INFECCIONES O CONTAGIOS EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD, CONFORME A LA NOM-045-SSA2-2005 PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES, NUMERALES 6.23, 10.6.6.4 Y 10.6.7.5.</p>	<p>Es correcto, solo aplica a aquel material que va ser sometido a Desinfección de alto nivel</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACFARACION	RESPUESTA
303887	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	3. EQUIPO MEDICO REFIERE: ... Y CUENTAN CON BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MEDICO (EN CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2.7 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES)... SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE A QUE NUMERAL SE REFIERE YA QUE NO SE INCLUYE EL NUMERAL 4.2.7.	Favor de remitirse al numeral 2.4.2.7. Fecha de fabricación de sus equipos. De la presente Convocatoria así como a Aclaraciones generales de la presente acta.
303888	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC). EN LA SECCION EVALUACION TÉCNICA. DICE: NOMBRE DE LA CARPETA, DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE AL NOMBRE DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS BAJO EL NUMERAL 2.4.2.3 ¿ES CORRECTO?	Es correcta la apreciación.
303889	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	1.1.7.6 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6 ERRORES Y MENSAJES DE ALERTA. SEGUN DESCRIPCION DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. se continuará referenciando como se estipula en dicho anexo, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Favor de apegetarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303890	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 FLUJO PRE-CONFIGURADO, PRIMERA INSUFLACION E INSUFLACION SOSTENIDA. DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. se continuará referenciando como se estipula en dicho anexo, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Favor de apegetarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303891	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 MODO DE FLUJO PEDIATRIA Y ALTO FLUJO. DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. se continuara referenciando como se estipula en dicho anexo, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303892	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>1.9.3.2 CON INTERVALO DE VELOCIDAD EN EL RANGO, ENTRE 500 Y 10000 O MAYOR RPM PARA AVANCE Y RETROCESO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 1.9.3.2 CON INTERVALO DE VELOCIDAD EN EL RANGO, ENTRE 500 Y 10000 RPM PARA AVANCE Y RETROCESO SEGUN TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303893	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>1.9.4.2 FLUJO ENTRE EL RANGO 0.25 A 2.5 IPM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 1.9.4.2 FLUJO ENTRE EL RANGO 0.3 A 2.5 IPM SEGÚN TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303894	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	1.9.8.3 CON SISTEMA DE BLOQUEO O DE ASEGURAMIENTO DE LA ÓPTICA O ROSCADO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 1.9.4.2 CON SISTEMA DE BLOQUEO O DE ASEGURAMIENTO DE LA ÓPTICA O SEGÚN TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303895	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	1.1.10.3 PANTALLA: LCD O LED O TECNOLOGIA SUPERIOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PANTALLA TFT A COLOR DE 109 MM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? 1.1.10.13 MUESTREO DE LA SENAL CO2 DE 50 ML/MIN COMO MINIMO. O VELOCIDAD DE FLUJO DEL CAPNOGRAFO DE 120 +/- 20ML POR MINUTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CAPNOGRAFIA. VELOCIDAD DE FLUJO 50 (42,5 = FLUJO = 65) ML/MIN, FLUJO MEDIDO POR VOLUMEN. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303896	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:		No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023**

**SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303897	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>1.6.6.2 RANGO DE ENERGÍA POR PULSO DE 200 A 3500 MJ O MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: 1.6.6.2 RANGO DE ENERGÍA POR PULSO DE 500 A 3500 MJ O MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303898	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 MODO "HIGH FLOW" (ALTO FLUJO) CON UNA POTENCIA DE FLUJO DE HASTA 50 L/MIN COMO MAXIMO. Y MODO "PEDIATRIA" CON LIMITE DE FLUJO DE 15L/MIN ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. se continuará referenciando como se estipula en dicho anexo, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303899	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>1.1.10.3 PANTALLA: LCD O LED O TECNOLOGIA SUPERIOR SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR: 1.1.10.3 PANTALLA: LCD (TFT A COLOR O SUS VARIACIONES) O LED O TECNOLOGIA SUPERIOR. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023
SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACERACION	RESPUESTA
303900	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	1.1.10.13 MUESTREO DE LA SEÑAL CO2 DE 50 ML/MIN COMO MINIMO. O VELOCIDAD DE FLUJO DEL CAPNÓGRAFO DE 120 +/- 20ML POR MINUTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CAPNOGRAFÍA, VELOCIDAD DE FLUJO DE CAPNOGRAFO DE 120± 20ML/MIN. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303901	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	1.3.3 EN EL RANGO ENTRE 23 HASTA 55.5 KILO HERTZ. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: 1.3.3 EN EL RANGO ENTRE 23 HASTA 56 +/- 0.5 KILO HERTZ. DE ACUERDO A TECNOLOÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303902	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	1.6.6.2 RANGO DE ENERGÍA POR PULSO DE 200 A 3500 MJ O MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: 1.6.6.2 RANGO DE ENERGÍA POR PULSO DE 0.5 A 3.5J C MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. DE ACUERDO A TECNOLOÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303903	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TÉCNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>1.6.6.3 FRECUENCIA DE PULSOS EN UN RANGO DE 3 MÍNIMO A 20 HZ. O MAYOR.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>1.6.6.3 FRECUENCIA DE PULSOS EN UN RANGO DE 5 MÍNIMO A 20 HZ. O MAYOR</p> <p>DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303904	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TÉCNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>DEBEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI PUEDEN SER REFERENCIADAS COMO OTRA UNIDAD DE MEDIDA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON SU EQUIVALENCIA. EJEMPLO:</p> <p>CM - PIES (FT O ') - PULGADA(IN O ") Ó CHARR (CH) - FRENCH (FR)</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>Es correcta su apreciación, garantizando a cabalidad que se cumpla con la Equivalencia.</p>
303905	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TÉCNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 13. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 A 11 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS NASALES BLAKESLEY, RECTAS, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

IDENTIFICACION	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303906	INTERMET SA DE CV TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 13. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 A 11 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0° (RECTA, REF. GRÁFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM MANDÍBULA 3.5MM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303907	INTERMET SA DE CV TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 14. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS NASALES DE BLAKESLEY, RECTAS, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	AGLARACION	RESPUESTA
303908	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL;	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 14. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKELSLEY. CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0° (RECTA, REF. GRAFICA), TAMAÑO 0, LONGITUD 11CM, MANDIBULA 3.0MM</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303909	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL;	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 15. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM.(REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE).</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 45° HACIA ARRIBA, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

ID	LIJANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303910	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 15. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE).</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 45° (CURVA HACIA ARRIBA REF. GRAFICA), TAMAÑO 1, MANDIBULA 3.5MM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apearse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303911	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 16. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°. TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE).</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS NAALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 45° HACIA ARRIBA, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL DE 11CM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apearse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023**

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	AGLARACIÓN	RESPUESTA
303912	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 16. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE).</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 45° (CURVA HACIA ARRIBA REF. GRÁFICA), CALIBRE 0, LONGITUD 11CM, MANDIBULA 3.0MM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303913	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 17. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY CALIBRE "2", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 10 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE).</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 90° HACIA ARRIBA, TAMAÑO 2, LONGITUD ÚTIL DE 11CM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

ID	licitante	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303914	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 18. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 10 CM.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 90° HACIA ARRIBA, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303915	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 19 Y OTORRINO 3 PED) NO.22. PINZA DE STANDBERGER (O TAKAHASHI), CON CANAL DE IRRIGACION DE 12.5 A 16 CMS.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS DE ASPIRACION BIPOLARES DE STAMMBERGER, CURVADAS HACIA ARRIBA 45°, CON CANAL DE ASPIRACION, LONGITUD ÚTIL 12.5 CM, PARA UTILIZAR CON CABLES DE ALTA FRECUENCIA BIPOLARES 847002 V / CABLE DE ALTA FRECUENCIA BIPOLAR, CON DOS TERMINALES DE CABLE DE 2MM, LONGITUD DE 450CM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303916	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 19 Y OTORRINO 3 PED) NO.22. PINZA DE STANDBERGER (O TAKAHASHI), CON CANAL DE IRRIGACIÓN DE 12.5 A 16 CMS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS ETMOIDALES DE TAKAHASHI, TAMAÑO DE CUCHARA 4 X 10 MM, CON CONEXIÓN PARA LIMPIEZA, LONGITUD ÚTIL 16 CM. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303917	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFECENCIAR INDISTINTAMENTE COMO TAMAÑO O CALIBRE. POR EJEMPLO: LEGRA O CURETA, OVALADO. CALIBRE "1" , LONGITUD ÚTIL DE 17 A 19 CM. SE PERMITA REFERENCIAR COMO: LEGRA PARA ANTRO, OVALADA. TAMAÑO 1, LONGITUD 19 CM. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. se continuará referenciando como se estipula en dicho anexo, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PIMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303918	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 25 Y OTORRINO 3 PED) NO.28. PINZA TIPO JIRAFÁ DE DOBLE CUCHARA, CURVA HACIA ARRIBA DE 45° A 55°. APERTURA HORIZONTAL. DIAMETRO DE COPA MEDINA O DE 3 MM., LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 10 A 12 CM.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS TIPO JIRAFÁ CON DOBLE CUCHARA, CURVADAS HACIA ARRIBA 55°, ABERTURA HORIZONTAL, CUCHARA 3MM DIAMETRO, LONGITUD ÚTIL DE 13CM.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR INDISTINTAMENTE FR, CH O CHARR.</p> <p>POR EJEMPLO: ASPIRADOR DE FERGUSON O FRAZIER DE 8 Y 10 FR.</p> <p>SE PERMITA REFERENCIAR: TUBO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON 8 CHARR Y 10 CHARR.</p> <p>CONSIDERANDO QUE SON SINÓNIMOS DE CHARR LAS UNIDADES FR.</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303919	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4. TELESCOPIO O SISTEMA OPTICO DE 70° DE 2.7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE 70°, DE 2.7 A 3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 14 CM., AUTOCLAVABLE</p> <p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE 70° DE 2.7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>ÓPTICA DE VISION LATERAL PANORÁMICA 70°, 3 MM DIAMETRO, LONGITUD 14 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303920	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4. TELESCOPIO O SISTEMA OPTICO DE 70° DE 2.7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE 70°, DE 2.7 A 3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 14 CM., AUTOCLAVABLE</p> <p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE 70° DE 2.7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>ÓPTICA DE VISION LATERAL PANORÁMICA 70°, 3 MM DIAMETRO, LONGITUD 14 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303921	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4. TELESCOPIO O SISTEMA OPTICO DE 70° DE 2.7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>ÓPTICA DE VISION LATERAL PANORÁMICA 70°, 3 MM DIAMETRO, LONGITUD 14 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>

9



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303922	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 6. DISECTOR (PARA OIDO) DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA , LONGITUD 16 A 18 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303923	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 6. DISECTOR (PARA OIDO) DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA , LONGITUD 16 A 18 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS CON DOBLE CURVATURA, DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303924	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 11. CANULAS DE ASPIRACIÓN, CURVA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. CÓNICO O CILÍNDRICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN CILÍNDRICO, LUER, 1MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD UTIL 9CM, CURVA (REF. GRÁFICA) DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303925	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 11. CANULAS DE ASPIRACIÓN, CURVA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. CÓNICO O CILÍNDRICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0,8 MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LIBRANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303926	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 14. CANULAS DE ASPIRACION, CURVATURA DE 8 MM, LUER-LOCK, 1.6 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 8MM DE CURVATURA, 1.6MM DIÁMETRO EXTERNO, LUER-LOCK, LONGITUD DE 10CM, CILINDRICO (REF. GRÁFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303927	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 14. CANULAS DE ASPIRACION, CURVATURA DE 8 MM, LUER-LOCK, 1.6 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CONICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 8MM DE CURVATURA, 1.6MM DIÁMETRO EXTERNO, LUER-LOCK, LONGITUD DE 10CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303928	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 23. FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO. 537.199.0168. (REUSABLES) O FRESAS DIAMANTADAS. JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO 537.199.0176 (REUSABLES). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO. 537.199.0168, (DESECHABLES) O FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO 537.199.0176 (DESECHABLES). DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303929	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 23. FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO. 537.199.0168. (REUSABLES) O FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO 537.199.0176 (REUSABLES). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 1 MM A 6 MM DE DIÁMETRO (DESECHABLES). COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023
SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303930	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 7. PINZA DE AGARRE TIPO CAIMÁN, ROTABLE, DE DOBLE ACCIÓN, DIÁMETRO DE 10 MM., LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 37 CM., SISTEMA DE SUJECIÓN, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS DE AGARRE DE TEJIDO DE SAWALHE. ABERTURA BILATERAL, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM. GIRATORIA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MANGO DE PLÁSTICO CON BLOQUEO QUIRURGICO. VAINA EXTERIOR, AISLADA, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 8. PINZA DE BIOPSIA, ROTABLE Y DESMONTABLE EN DOS O TRES COMPONENTES. DE DOBLE ACCIÓN, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 37 CM., SISTEMA DE SUJECIÓN, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS SACABOCADOS PARA BIOPSIA, CON 2 DIENTES, GIRATORIAS, DESMONTABLES. ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM, LONGITUD 36 CM. MANGO DE PLÁSTICO CON BLOQUEO QUIRURGICO. DISEÑO ÚNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES. COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p> <p>No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303931	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 9. PINZA TIPO HARTMAN O CLEEVE DUCK BILL, ROTABLE Y DESMONTABLE EN TRES COMPONENTES. ATRAUMÁTICA, FENESTRADA, DIÁMETRO DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS DE AGARRE DE CROCE-OLMI, ATRAUMÁTICAS, FENESTRADAS, CURVADAS, TAMAÑO 5MM, LONGITUD 36 CM. DISEÑO ÚNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES, COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GIRATORIA, DESMONTABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303932	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLFARACIÓN	RESPUESTA
303933	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 16. MANIPULADOR UTERINO REUSABLE, ARTICULADO, CON DELINEADOR VAGINAL COMPLETO O VALVAS DELINEADORAS, CON SISTEMA PARA BLOQUEAR LA SALIDA DEL NEUMOPERITONEO Y DIFERENTES PUNTAS DE LONGITUD (SONDA UTERINA CON ESCALA DE LONGITUD), AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SONDA INTRAUTERINA DE COHEN, CON UN CONO GRANDE Y UNO PEQUEÑO, SOPORTE PARA PINZAS DE GANCHO CON MUELLE, CON CONEXION LUER-LOCK PARA LIMPIEZA, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 17. TUJERA TIPO GANCHO, DESMONTABLE EN DOS O TRES PIEZAS, DIAMETRO DE 5 MM., ROTABLE 360° DE ACCIÓN DOBLE, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 37 CM., AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUJERAS DE GANCHO, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM, LONGITUD 36 CM, DISEÑO ÚNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES, COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRATORIA, DESMONTABLE, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303934	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>GINECO 2) NO. 1.4 Y CIR PED. 2) NO. 1.4. AJUSTE DE USO EN EL RANGO DE 11 A 12, 15 Y 20 (ESTE ÚLTIMO OPCIONAL) MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO DISEÑADO PARA UTILIZAR UN INSTRUMENTO DE 10-12 MM DURANTE LA FRAGMENTACION, MORCELADOR DE 15MM CON OBTURADOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303935	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303936	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	GINECO 2) NO. 1.4 Y CIR PED. 2) NO. 1.4. AJUSTE DE USO EN EL RANGO DE 11 A 12. 15 Y 20 (ESTE ULTIMO OPCIONAL) MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO DE 15MM CON OBTURADOR. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303937	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	GINECO 2) NO. 1.8 Y CIR PED. 2) NO. 1.8. CON CUCHILLAS REUSABLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO, DE BAJO PESO, ESTERIL, CUENTA CON 3 POSICIONES DE CUHILLA PARA ELEGIR, PARA AYUDAR EN LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DURANTE LA FRAGMENTACION DEL TEJIDO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303938	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	GINECO 2) NO. 1.8 Y CIR PED. 2) NO. 1.8. CON CUCHILLAS REUSABLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO, TOTALMENTE DESECHABLE. PUEDE UTILIZARSE TAL Y COMO SE RECIBE EN EL EMBALAJE DE MANERA ESTERIL. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303939	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 4. TIRABUZÓN O INSTRUMENTO DE PUNCIÓN DE 5 Y 10 MM., LONGITUD DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO PARA LA FIJACIÓN DE MIOMAS, CON PUNTA ESPIRAL, TAMAÑO 5 MM Y 10MM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA -50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACERACION	RESPUESTA
303940	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 5 MICROPINZA O MINIPINZA PARA BIOPSIA, REUSABLE, AISLADA, CON QUIJADAS DE ACCION SIMPLE O DOBLE. DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 32 A 37 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS PARA BIOPSIA, MANDIBULAS MEDIANAS, MODELO ESTÁNDAR PARA BIOPSIA DE LA MUCOSA, ABERTURA UNILATERAL. TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. REUTILIZABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARA EL SET DE ENDOGINECOLOGIA) NO. 2.3. CAMISA INTERNA QUE ACEPTE ASAS Y ELECTRODOS EN EL RANGO DE 21 A 24 CHARR (COMPATIBLE CON LA CAMISA OFERTADA SEGUN TECNOLOGIA DEL FABRICANTE)</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: VAINA INTERIOR GIRATORIA CON AISLAMIENTO DE CERÁMICA, INCLUIDA CON CAMISA EXTERNA DE RESECTOSCOPIO, ASA DE CORTE COMPATIBLE (REF. GRAFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p> <p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
303941	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE ENDOGINECOLOGIA) NO. 6. PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS PEQUEÑOS ABERTURA UNILATERAL, FLEXIBLES 5 CHARR LONGITUD DE MINIMA DE 32CM A 73CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>PINZAS DE AGARRE Y BIOPSIA, SEMIRRÍGIDAS, ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, 34 CM LONGITUD. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303942	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIO, LAS CARACTERÍSTICAS QUE AHÍ SE DESCRIBAN Y QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN NINGUN OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. se continuará referenciando como se estipula en dicho anexo. sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
303943	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIO, LAS CARACTERÍSTICAS QUE AHÍ SE DESCRIBAN Y QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN NINGUN OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. se continuará referenciando como se estipula en dicho anexo. sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023**

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303944	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	ENDOURO 3) NO. 5. Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCOPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISION EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACION DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETEROSCOPIO, DIÁMETRO DE VAINA 8 CHARR, DIRECCION VISUAL 6°, CANAL DE TRABAJO 5CHARR, LONGITUD 43CM, MÁXIMA POTENCIA DE IRRIGACION A TRAVÉS DEL GRAN CANAL RECTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
303945	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	ENDOURO 3) NO. 5. Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCOPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISION EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACION DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETEROSCOPIO, DIÁMETRO DE VAINA 9.5 CHARR, DIRECCION VISUAL 6°, CANAL DE TRABAJO 6 CHARR, LONGITUD 43CM, MÁXIMA POTENCIA DE IRRIGACION A TRAVÉS DEL GRAN CANAL RECTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
303946	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	ENDOURO 4) NO. 1. URETEROSCOPIO FLEXIBLE: DIÁMETRO EXTERNO DISTAL DE 6 A 7.5 FR. O CHARR, DIÁMETRO EXTERNO PROXIMAL DE 6.9 A 8.8 FR. O CHARR, VISION DE 0° A 5°, CANAL DE TRABAJO DE 3.6 FR. O CHARR., LONGITUD EN EL RANGO DE 40 A 70 CM. CON CAPACIDAD DE ANGULACION TOTAL DE LA PUNTA MÍNIMA DE 180° HACIA ARRIBA Y 170° HACIA ABAJO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETERORRENOFIBROSCOPIO, TAMAÑO DE VAINA 7.5 CHARR, DIRECCION VISUAL 0°, CANAL DE TRABAJO DE 3.6 CHARR, LONGITUD 67CM, CON ANGULO DE ACODAMIENTO DE 270° HACIA ARRIBA Y 270° HACIA ABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023
SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLRACION	RESPUESTA
303947	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	ENDOURO 5) NO. 1.1. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR PARALELO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apearse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303948	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	ENDOURO 5) NO. 1.1. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR OBLICUO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apearse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
303949	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	ENDOURO 7) NO. 1. URETROTOMO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR INCLUYE: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: VAJINA DE URETROTOMO DE 21 CHARR., CON CANAL DE TRABAJO (REF. GRAFICA) Y 2 CONOS LUER-LOCK, PARA UTILIZAR CON ÓPTICA DE 4MM DIÁMETRO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apearse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303950	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	URO 1) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO (BCB48 CLIP VASCULARRES DE POLÍMERO... 2MM A 16MM DE ANCHO) SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO. ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO, SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGIA 2?	No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303951	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE URO 1) NO. 9. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), CON LONGITUD DE TRABAJO DE 31 A 36 CM., REUSABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHKAR, LONGITUD 36 CM. INCLUYE: MANGO METÁLICO, SIN BLOQUEO. VAINA EXTERIOR METÁLICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p> <p>URO 2) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL APLICADOR DE POLIMERO EXTRA LARGO SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET DE CIRUGÍA 2, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO INCLUIDO EN LA CLAVE BCB48 (CLIP VASCULARRES DE POLÍMERO.. 2MM A 16MM DE ANCHO) ÚNICAMENTE SE REQUIERE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO.</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303952	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>PARA EL SET DE CIRUGIA 1) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIÁMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS, LONGITUD DE 33 A 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM. 9 VALVAS (REF. GRÁFICA) PARA LA MANIPULACIÓN ATRAUMÁTICA DEL HÍGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
303953	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>CIRUGIA 1) NO. 17. TIJERA METZEMBAUN CURVA BIPOLAR, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, 5 MM., DE DIÁMETRO. LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 36 CM. CREEMOS QUE HAY UN ERROR Y LO QUE REQUIEREN ES UNA TIJERA METZEMBAUM DE 5 MM CURVA MONOPOLAR, YA QUE NO ESTA SOLICITADA EN ESTE SET, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23.</p>
303954	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACIARACION	RESPUESTA
303955	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), REUSABLE, DE 5 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM. INCLUYE: MANGO METALICO, SIN BLOQUEO, VAINA EXTERIOR METÁLICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIAMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIAMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p> <p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
303956	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIAMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIAMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR EN ABANICO, (5 DEDOS), CON CONEXIÓN LL. 10MM, 380MM. AUTOCLAVABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
303957	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIAMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR EN ABANICO, (5 DEDOS), CON CONEXIÓN LL. 10MM, 380MM. AUTOCLAVABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIAMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMANO 10 MM. LONGITUD 36 CM. 9 VALVAS (REF. GRÁFICA) PARA LA MANIPULACIÓN ATRAUMÁTICA DEL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
303958	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIAMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMANO 10 MM. LONGITUD 36 CM. 9 VALVAS (REF. GRÁFICA) PARA LA MANIPULACIÓN ATRAUMÁTICA DEL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023
SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303959	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	CIRUGÍA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO (BCB48 CLIP VASCULARRES DE POLÍMERO... 2MM A 16MM DE ANCHO) SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, INCLUIDA EN EL SET CIRUGÍA 2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITE OFERTAR APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO, ÚNICAMENTE EN EL SET CIRUGÍA 2. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303960	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	URO 1) NO. 3; URO 2) NO. 3; CIRUGÍA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO (BCB48 CLIP VASCULARRES DE POLÍMERO... 2MM A 16MM DE ANCHO) SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO. ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO, SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGÍA 2?	No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23
303961	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE CIRUGÍA 3) NO.10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), REUSABLE, DE 5 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM: INCLUYE: MANGO METÁLICO, SIN BLOQUEO, VAINA EXTERIOR METÁLICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23
303962	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE CIRUGÍA 3) NO.16. SEPARADOR DE HIGADO O RETRACTOR, (ARTICULADO O RÍGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIÁMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS, LONGITUD DE 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE. EXTENSIBLE, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM. 9 VALVAS (REF. GRÁFICA). PARA LA MANIPULACIÓN TRAUMÁTICA DE EL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23

(Firma)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	AGRAVACION	RESPUESTA
303963	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.5. PINZA PICO DE PÁJARO RECTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO ARTHRO-PIERCE, RECTO, PARA PASAR LA SUTURA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303964	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.5. PINZA PICO DE PÁJARO RECTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO RECTO PARA PASO DE SUTURA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303965	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.8. PINZA PASASUTURA DE MANGO ROTADOR O EQUIVALENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PASADOR DE SUTURA TRUEPASS, CON AUTO-CAPTURA. PARA PROCEDIMIENTOS DEL MANGUITO ROTADOR. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303966	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.11. PINZA PASASUTURA ROTATORIA DE MANGO DE CIGARRO IZQUIERDA O PINZA PASASUTURA Y RECUPERADORA EN UN SOLO PASO PARA MANGO ROTADOR O EQUIVALENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO CURVADO HACIA LA IZQUIERDA, MANIJA CURVADA. MANGO DE CIGARRO (REF GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303967	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.13. PINZA PASASUTURA ROTATORIA DE MANGO DE CIGARRO DERECHA O EQUIVALENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO CURVADO HACIA LA DERECHA, MANIJA CURVADA. MANGO DE CIGARRO (REF GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303968	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.16. CÁNULAS DILATADORAS EN EL RANGO DE 6.5, A 8.5 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: OBTURADOR CAMULADO REUSABLE EN EL RANGO DE 6.5, A 8.0 MM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303969	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.17. ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO Y ANGULADO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ELEVADOR DE HOMBRO. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303970	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.17. ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO Y ANGULADO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ELEVADOR DE TEJIDO DE HOMBRO DE 15° Y 30° DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303971	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.6. DESTORNILLADOR PARA TORNILLO BIODEGRADABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DESTORNILLADOR BIOSURE PARA TORNILLO BIOSURE ABSORBIBLE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303972	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.20. PINZA DE TEJIDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE COMBINACION, GRASPER (REFERENCIA GRAFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	AMPLIACION	RESPUESTA
303973	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 5) NO.5. PINZA DE CANASTA 45° DERECHA E IZQUIERDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORAS DE CANASTA CURVAS DERECHA E IZQUIERDA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303974	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 5) NO.7. PINZA DE CANASTA IZQUIERDA Y DERECHA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORA OVAL CURVA IZQUIERDA Y DERECHA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303975	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.3. PISTOLA DE INTERCAMBIO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA CANULA RANURADA, LONGUITUD DE TRABAJO 6.2". DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303976	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.9. GANCHO PALPADOR EXTRALARGO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SONDA DE 3MM DE CADERA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303977	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.10. MANGO EN T PARA VARILLA CANULADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: MANGO EN FORMA DE T MODULAR. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303978	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.13. PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACION, CALIBRE "1" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE AGARRE Y BIOPSIA KENNEDY-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON CANAL DE ASPIRACION, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL 12.5CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
303979	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.13. PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACION, CALIBRE "1" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY-WILDE, 11CM LONGITUD, CON TUBO DE SUCCION, TAMAÑO 1, MANDIBULA 3.5MM, CURVA ARRIBA 45°. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
303980	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.16. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0°, (RECTA REFERENCIA GRAFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM MANDIBULA 3.5MM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303981	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.17. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKELSLEY. CALIBRE "0" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL RECTA BLAKESLEY, TAMAÑO 0; LONGITUD ÚTIL 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
303982	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.18. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
303983	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.19. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 2.5 A 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
303984	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.20. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "2", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 10 A 12 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TAMAÑO 2, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
303985	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.21. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 10 A 11 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°. TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303986	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	OTORRINO 4 PED) 7. DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA O LA IZQUIERDA, LONGITUD 16 A 18 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A LA DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303987	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	OTORRINO 4 PED) 12. CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGIA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN CILÍNDRICO, LUER, 1MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD ÚTIL 9CM, CURVA (REFERENCIA GRÁFICA) DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303988	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	OTORRINO 4 PED) 12. CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGIA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0.8 MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta, apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	licitante	TIPO DE Aclaración	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACIARACIÓN	RESPUESTA
303989	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	ENDOURO PED 1) 1. ENDOURO PED 2) 1 Y ENDOURO PED 3) 2. MINICISTOURETROSCOPIO DE 7 FR, X 10 A 12 CM O 9 FR. X 20 CMS O 16 FR. X 30 CMS CON VISION LATERAL Ó FRONTAL A ELECCIÓN DEL CIRUJANO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CISTOURETROSCOPIO PEDIÁTRICO, 6° CON OCULAR OBLICUO, 8 CHARR, LONGITUD 13 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON 2 CONEXIONES LATERALES DE IRRIGACION Y 1 CANAL DE TRABAJO DE 5 CHARR. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303990	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	ENDOURO PED 5) 1. URETROSCOPIO SEMIRRIGIDO, DIÁMETRO DE 4.5 A 8 FR. O CHARR, VISION DE 0° A 6°, CANAL DE TRABAJO DE 2.5 A 5 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL DE 300 MM COMO MÍNIMO. CANAL DE IRRIGACION DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETERO-RENOSCOPIOS SEMIRRIGIDOS. DIÁMETRO DE 7 CHARR., CANAL DE TRABAJO DE 4.8CHARR PARA UTILIZAR INSTRUMENTOS HASTA 4 CHARR, MÁXIMA POTENCIA DE IRRIGACION A TRAVÉS DEL GRAN CANAL DE TRABAJO, ÓPTICA DIRECCIÓN VISUAL DE 6°, LONGITUD 43 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303991	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	ENDOURO PED 7) 1. URETROTOMO QUE INCLUYE: OPTICA CON ANGULO DE VISION DE 0° A 5° AUTOCLAVABLE, DIÁMETRO DE 1.9 A 2.1 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: OPTICA MINIATURIZADA DE VISION FRONTAL 0°, 1,2 MM DIÁMETRO, LONGITUD 20 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303992	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	ENDOURO PED 7) 1.1. CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR), EXTERNA DESDE 7 FR A 8.5FR (INCLUIR AMBAS MEDIDAS). O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: VAINA DE URETROTOMO CON LLAVE LUER-LOCK, 10 CHARR, CON OBTURADOR Y 2 CONOS LUER-LOCK, COMPATIBLE CON ELEMENTO DE TRABAJO Y ÓPTICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023**

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
303993	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	ENDOURO PED 7) 1.1. CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 8.5FR (INCLUIR AMBAS MEDIDAS). O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 10FR (SEGUN TECNOLOGIA DEL FABRICANTE) CHARR. YA QUE LA OPTICA COMPATIBLE CON UNA CAMISA EXTERNA MENOR A 8 FR, ES MENOR A LA OPTICA SOLICITADA EN EL NUMERAL 1. ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303994	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	URO PED 1) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP ABSORBIBLE O DE POLIMERO O DE TITANIO. EXTRA-LARGO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL APLICADOR DE POLIMERO EXTRA LARGO SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET DE CIRUGIA 2. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO INCLUIDO EN LA CLAVE BC848 (CLIP VASCULARRES DE POLIMERO ... 2MM A 16MM DE ANCHO) ÚNICAMENTE SE REQUIERE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO.	No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo. solicitadas en el Formato 23
303995	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	CIRUGIA PED 1) NO. 10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), DE 3 O 5 MM. DE DIÁMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 33 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ANUDADOR, PARA EL ANUDADO EXTRACORPÓREO, TAMAÑO 3 MM, LONGITUD 20 CM. EXTREMO ABIERTO Y CERRADO EN UN SOLO INSTRUMENTO. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
303996	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	CIRUGIA PED 1) NO. 10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), DE 3 O 5 MM. DE DIÁMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 33 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA CLIKLINE DE MANGESHKAR, LONGITUD 36 CM. INCLUYE: MANGO METÁLICO, SIN BLOQUEO. VAINA EXTERIOR METÁLICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE Aclaración	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	APARACION	RESPUESTA
303997	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	<p>CIRUGIA PED 1) NO. 11. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 33 CM. CIRUGIA PED 1) NO. 19. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31A 37 CM.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIEREN UNA O DOS PINZAS DE DISECCIÓN TIPO MIXTER, DIÁMETRO DE 5 MM., YA QUE SE SOLICITA EN 2 OCASIONES EN ESTE SET.</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23</p>
303998	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	<p>CIRUGIA PED 1) NO. 11. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 33 CM. CIRUGIA PED 1) NO. 19. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31A 37 CM.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE UNA SOLA PINZA TIPO MIXTER DE 5MM, YA QUE SOLICITAN EN DOS OCASIONES PINZA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES.</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23</p>
303999	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	<p>CIRUGIA PED 1) NO. 12. PINZA DE EXTRACCIÓN O DE GARRA, 3 A 3.4MM O 5 MM., DE DIÁMETRO, ROTABLE Y DESMONTABLE, DENTADA, REUSABLE. LARGO DE TRABAJO DE 20 A 33 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE GARRA CLICKLINE, 2 X 3 DIENTES. TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. DISEÑO ÚNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES, COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRATORIA, DESMONTABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304000	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>CIRUGIA PED 1) NO. 16. RETRACTOR HEPATICO METÁLICO, MALEABLE, ARTICULADO, QUE AL ACTIVARSE ADQUIERE FORMA TRIANGULAR O DE GANCHO, DIÁMETRO DE 5 MM., REUSABLE, LONGITUD DE 20 A 34 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA LA LIMPIEZA. RETRACTOR DE CUSCHIERI, MALEABLE (REF. GRÁFICA), TAMAÑO 5 MM, LONGITUD 36 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304001	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>CIRUGÍA PED 1) NO. 17. SEPARADOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO) DE 5 MM., DE DIÁMETRO DE 3 A 5 VALVAS QUE SE ABREN EN ABANICO, REUSABLE, LONGITUD DE 20 A 34 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE VENTILADOR, ANGULACIÓN MÁXIMA 60°, 3 DEDOS, DESMONTABLE Ø 5 MM 33 CM. ADAPTADOR PARA LIMPIEZA (REFERENCIA GRÁFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304002	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>CIRUGÍA PED 1) NO. 18. TIJERA METZEMBAUN DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, CURVA, BIPOLAR, ROTABLE, DESMONTABLE, REUSABLE, LARGO DE TRABAJO DE 20 A 36 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TIJERA METZEMBAUN DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, CURVA, BIPOLAR O MONOPOLAR, ROTABLE, DESMONTABLE, REUSABLE, LARGO DE TRABAJO DE 20 A 36 CM. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304003	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>CIRUGIA PED 2) SET DE CIRUGIA PEDIÁTRICA 2 COMPLEMENTARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.117 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA PEDIÁTRICA 10.06.155 CIRUGIA LAPAROSCÓPICA DE ÓRGANO SÓLIDO ABDOMINAL PEDIÁTRICA. CONSIDERANDO QUE EL SET DE CIRUGIA PEDIÁTRICA 2, ES UN SET COMPLEMENTARIO. CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR Y LAS CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.117 Y 10.06.155 DEBEN INCLUIRSE DENTRO DEL SET CIRUGIA PED 1. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apegarase a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	licitante	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304004	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	DEBEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI PUEDEN SER REFERENCIADAS COMO OTRA UNIDAD DE MEDIDA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON SU EQUIVALENCIA, EJEMPLO: CM - PIES (FT O) - PULGADA(IN O ") Ó CHARR (CH) - FRENCH (FR) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación, garantizando a cabalidad que se cumpla con la Equivalencia. No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
304005	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB): BCB39- CATÉTER DE COLANGIOGRAFÍA PARA LA EXPLORACIÓN DE VIAS BILIARES DE 5 FR. Y LONGITUD SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. NOS PERMITA OFERTAR: BCB39- CATETER DE COLANGIOGRAFIA PARA INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE RADIOPACO A TRAVÉS DEL CONDUCTO CÍSTICO DENTRO DEL CANAL BILIAR, CON TAPA RIGIDA DE 3-20F. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304006	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TÉCNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB47- CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO 5 MM. (PZA.) NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB47- CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO 5 A 13 MM. (PZA.)</p> <p>DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD CON INSTRUMENTAL DE APLICACIÓN SOLICITADO EN EL ANEXO T3 Y TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES</p> <p>¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB51- CUCHILLA ANGULADA DE 12° A 30° DE 4.0 A 4.2 MM., DE DIÁMETRO POR 8 A 10.5 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB51- CUCHILLA ANGULADA DE 12° A 30° DE 4.0 A 4.2 MM., DE DIÁMETRO POR 8 A 11 CM., DE LONGITUD. O</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304007	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TÉCNICO/ DOCUMENTAL:	<p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SIMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACELARACION	RESPUESTA
304008	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB): BCB53- CUCHILLA ANGLADA DE 30° A 40° PARA HUESO DE 3.5 A 4.0 MM., DE DIÁMETRO POR 8.0 A 10.5 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR: BCB53- CUCHILLA ANGLADA DE 30° A 40° PARA HUESO DE 3.5 A 4.0 MM., DE DIÁMETRO POR 8.0 A 11 CM., DE LONGITUD. O ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23.
304009	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB): BCB58- CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE DE 3.5 A 4.2 MM., DE DIÁMETRO, DE 10.5 A 12 CM., DE LONGITUD. O ASIGNADO EN EL PROCEDIMIENTO 10.02.004 CIRUGÍA DE OÍDO EN NUESTRA EXPERIENCIA DICHA DESCRIPCION CORRESPONDE AL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCOPICA DE NARIZ- SENOS PARANASALES Y EXTRACTURAS ANEXAS ADULTO. SOLICITAMOS A LAS CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO REQUERIDO O DETERMINE SI SE TRATA DE UN ERROR.	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	AGLARACION	RESPUESTA
304010	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB): BCB59- CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE. ANGULACIÓN DE 30° A 40°, 3.5 A 4.0 MM., DE DIÁMETRO POR 10.5 A 12 CM., DE LONGITUD. ASIGNADO EN EL PROCEDIMIENTO 10.02.004 CIRUGÍA DE OIDO NOS PERMITA OFERTAR PARA ID_PMI BCB59: CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO REQUERIDO. YA QUE EN CUANTO NUESTRA EXPERIENCIA DICHA DESCRIPCION CORRESPONDE AL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCOPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y EXTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB): BCB85- FRESA PARA HUESO DE 3.0 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO POR 7.6 A 11 CM., DE LONGITUD. NOS PERMITA OFERTAR: BCB85- FRESA PARA HUESO DE 3.0 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO POR 7.6 A 12.5 CM., DE LONGITUD. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
304011	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB): BCB85- FRESA PARA HUESO DE 3.0 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO POR 7.6 A 11 CM., DE LONGITUD. NOS PERMITA OFERTAR: BCB85- FRESA PARA HUESO DE 3.0 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO POR 7.6 A 12.5 CM., DE LONGITUD. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304012	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	<p style="text-align: center;"> FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL: </p>	<p> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB): BCB90- GUÍA DE ALAMBRE DE NITINOL DE 0.035" A 0.038". O GUÍA PARA CATÉTER URETERAL DE ALAMBRE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 0.035" A 0.038" PULGADAS, LONGITUD DE 145 A 150 CM., PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. O NOS PERMITA OFERTAR: BCB90- GUÍA DE ALAMBRE DE NITINOL DE 0.035" A 0.038". O GUÍA PARA CATÉTER URETERAL DE ALAMBRE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 0.035" A 0.038" PULGADAS, LONGITUD DE 145 A 150 CM., PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 A 8 CM. O ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? </p>	<p> No se acepta propuesta. apegar a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegar a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23. </p>
304013	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	<p style="text-align: center;"> FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL: </p>	<p> DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN 10.02.104 CIRUGIA DE OÍDO PEDIÁTRICA, SERA REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: - CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO. YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO CUENTAN CON ID_PMI ASIGNADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? </p>	<p>Es correcta la apreciación.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304014	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB109- MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB109- MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304015	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB109- MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB109- MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES DE 25 A 35 X 25 A 36 CM O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35CM.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304016	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB): BCB110- MANGUERA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN EN" Y "CON CONTROL DE GOTEEO ESTÉRIL. NOS PERMITA OFERTAR: BCB110- MANGUERA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN EN" Y " ESTÉRIL. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
304017	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB): BCB110- MANGUERA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN EN" Y "CON CONTROL DE GOTEEO ESTÉRIL. ASIGNADO A LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003, 10.02.004, 10.02.103, 10.02.104 NOS PERMITA OFERTAR: BCB110- MANGUERA DE IRRIGACIÓN PARA CUCHILLAS Y FRESAS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO.. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURIA, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304018	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB): BCB110- MANGUERA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN EN" Y "CON CONTROL DE GOTEÓ ESTÉRIL. ASIGNADO A LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.03.001, 10.03.002. NOS PERMITA OFERTAR: BCB110- MANGUERA DE IRRIGACIÓN, COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
304019	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB): BCB112- MANGUERA PARA INSUFLACIÓN, LONGITUD DE 250 CM., O MAYOR, ESTÉRIL. NOS PERMITA OFERTAR: BCB112- TUBO DE INSUFLACIÓN 10PIES (3.05 M), ESTÉRIL. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

ID	LIJANTE	TIPO DE ADECUACIÓN	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACERACIÓN	RESPUESTA
304020	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB):</p> <p>BCB117- PAQUETE DE CLIPS VASCULARES DE POLIMERO DE TAMAÑO MEDIANO/LARGO.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB117- PAQUETE DE CLIPS VASCULARES DE POLIMERO DE TAMAÑO MEDIANO/LARGO Y LARGO.</p> <p>DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD CON INSTRUMENTAL DE APLICACIÓN SOLICITADO EN EL ANEXO T3 Y TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegar a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegar a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304021	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB):</p> <p>BCB122- PLACA DE PACIENTE ADULTO.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB122- PLACA DE PACIENTE (IMAGEN).</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegar a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegar a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023**

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304022	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID. PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB135- SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE ""j"", CONSTA DE: GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL LONGITUD DE 24 CM Y 26 CM, CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO CALIBRES 4.7FR O 5 FR, 6FR Y 7FR, 4.7FR O 5 FR, 6FR Y 7FR. RADIOPACO, LONGITUD 50 A 70 CM. POSICIONADOR.</p> <p>SE REFIERE A: BCB135- SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE ""j"", CONSTA DE: GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO CALIBRES 4.7FR O 5 FR, 6FR Y 7FR, LONGITUD DE 24 CM Y 26 CM RADIOPACO, POSICIONADOR LONGITUD 50 A 70 CM. SEGÚN DESCRIPCIÓN DEL FABRICANTE</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>Es correcta la apreciación</p>
304023	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID. PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB151- Sonda de drenaje urinario de PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O TOTALMENTE DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS: CALIBRE 14 FR. A 22 FR (PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL CIRUJANO).</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB151- Sonda de drenaje urinario de PERMANENCIA PROLONGADA DE LÁTEX RECUBIERTA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 CC., CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS: CALIBRE 14 FR. A 22 FR (PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL CIRUJANO).</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACELARACION	RESPUESTA
304024	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB152- SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA BIPOLAR RECTA, DE 3 A 5 MM Y 18 A 20 DE LONGITUD.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB152- SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR ANGULADA O RECTA U OVAL, PARA CADERA. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE FABRICANTE.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB152- SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA BIPOLAR RECTA, DE 3 A 5 MM Y 18 A 20 DE LONGITUD.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB152- SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR, RECTA U OVAL O ANGULADA DESDE 60° A 90°.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
304025	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB152- SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA BIPOLAR RECTA, DE 3 A 5 MM Y 18 A 20 DE LONGITUD.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB152- SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR, RECTA U OVAL O ANGULADA DESDE 60° A 90°.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

**SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304026	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB155- SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRES: 16 A 22 FR. PRESENTAR CALIBRES INTERMEDIOS.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB155- SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE LÁTEX RECUBIERTA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 CC., ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRES: 16 A 22 FR. PRESENTAR CALIBRES INTERMEDIOS.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
304027	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB161- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 20 A 30 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB161- TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O BIOABSORBIBLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 20 A 30 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarase a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarase a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304028	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB):</p> <p>BCB163- TRÓCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA , DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB163- TRÓCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA , REUSABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304029	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB163- TRÓCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA , DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB163- TRÓCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA , REUSABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 85 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB164- TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM, DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM.,</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB164- TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM.,</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304030	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB164- TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM, DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM.,</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB164- TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM.,</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
 (SMI PARA PMI), 2023

ID	LIKITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	AGLARACIÓN	RESPUESTA
304031	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB):</p> <p>2 BCB166- TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES Y TRANSPARENTES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3MM O 5MM, 10MM, 11MM Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB166- TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3 MM Ó 5 MM, 10 MM, 11MM, 12 MM Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 55 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304032	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC):</p> <p>CLAVE- 10.01.903 ANCLAS BIODEGRADABLE O COMPUSTAS SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.01.903 ANCLA PK DE SUTURA DE 4.5 A 5.5 MM.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

**SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304033	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC): CLAVE- 10.01.903 ANCLAS BIODEGRADABLE O COMPUESTAS SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.01.903 ANCLA DE SUTURA SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
304034	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC): CLAVE- 10.01.911 SISTEMA DE FIJACIÓN DEL REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 2.8 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.01.911 ANCLA DE TI SUTURA DE 2.8MM Y 3.5 MM, ESTERIL, PARA LA FIJACIÓN DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

ID	LICTANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACIARACION	RESPUESTA
304035	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC): CLAVE- 10.01.912 SISTEMA DE REPARACIÓN DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.01.912 ANCLA DE TI SUTURA DE 2.8MM Y 3.5 MM, ESTERIL, PARA LA FIJACIÓN DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
304036	INTERNET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC): CLAVE- 10.01.912 SISTEMA DE REPARACIÓN DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.01.912 ANCLA DE SUTURA CURVA DE 2.3MM, ESTERIL, PARA LA FIJACIÓN DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMT PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304037	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC):</p> <p>CLAVE- 10.01.915 SISTEMA DE REDUCCIÓN ACROMIO CLAVICULAR POR BOTONES CORTICALES Y SUTURA DE ESPECIALIDAD.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.01.915 KIT DE REPARACIÓN AC: INCLUYE IMPLANTE AC, ALAMBRE PARA PASAR SUTURAS Y EMPUJADOR DE NUDOS.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304038	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC):</p> <p>CLAVE- 10.01.921 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DE DIÁMETRO 00 O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA 2-0 DE DIÁMETRO DE POLIETILENO.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.01.921 SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR 2-0 BLANCA Y AGUJAS.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304039	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC):</p> <p>CLAVE- 10.04.904 SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN Ó TOTALMENTE DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 Y 30 ML., ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS Ó TRES VÍAS, CALIBRES: 14, 16, 18, 20, 22 Y 24 FR.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>10.04.904 SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE LÁTEX RECUBIERTA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 Y 30 CC., ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS Ó TRES VÍAS, CALIBRES: 14, 16, 18, 20, 22 Y 24 FR.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC):</p> <p>10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS DE 30 CC Y DE 10 CC (TAMAÑO 4.5 A 9 CM).</p> <p>EN BASE A NUESTRA EXPERIENCIA, ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO NO CUENTA CON UN CONSUMO HABITUAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE VALORE LA ELIMINACIÓN DE ESTE INSUMO DENTRO EL CATALOGO ID_PMI DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ADICIONAL QUE SU APLICACION SE ENFOCA A PROCEDIMIENTOS DE CRANEOTOMÍA, LO QUE NO TENDRIA AFECTACIONES EN LOS SMI PARA PMI.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304040	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC):</p> <p>10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS DE 30 CC Y DE 10 CC (TAMAÑO 4.5 A 9 CM).</p> <p>EN BASE A NUESTRA EXPERIENCIA, ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO NO CUENTA CON UN CONSUMO HABITUAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE VALORE LA ELIMINACIÓN DE ESTE INSUMO DENTRO EL CATALOGO ID_PMI DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ADICIONAL QUE SU APLICACION SE ENFOCA A PROCEDIMIENTOS DE CRANEOTOMÍA, LO QUE NO TENDRIA AFECTACIONES EN LOS SMI PARA PMI.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23.</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCION DE LA CONVOCATORIA	AGLARACIÓN	RESPUESTA
304041	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB): BCB69- ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. ASIGNADO EN EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO., 10.02.103 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS PEDIÁTRICA NOS PERMITA OFERTAR: BCB69-ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA O COAGULACIÓN DIÁMETRO DE 0.5 A 1.5 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PROVEEDURÍA. ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
304042	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB): BCB69- ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. ASIGNADO EN EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO., 10.02.103 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS PEDIÁTRICA NOS PERMITA OFERTAR: BCB69-ELECTRODO ACTIVO DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/16" DE DIÁMETRO, Y LONGITUD 100 A 110 MM. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PROVEEDURÍA. ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta propuesta. Apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA -50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICTANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304043	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB):</p> <p>BCB69- ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM.</p> <p>ASIGNADO EN EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ. SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO., 10.02.103 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ. SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS PEDIÁTRICA</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: BCB69- ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA O PUNTA DE AGUJA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM.</p> <p>Y ASÍ BRINDAR MAYOR PROVEEDURÍA. ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304044	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE UNA VARIACION +/- 10% EN LAS MEDIDAS PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB):</p> <p>BCB85- FRESA PARA HUESO DE 3.0 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO POR 7.6 A 11 CM., DE LONGITUD.</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones y referirse a las descripciones del Equipo, solicitadas en el Formato 23.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304045	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID ,PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB109- MALLA DE POLI GLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLI GLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB109- MALLA DE POLI GLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLI GLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>
304046	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID ,PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB109- MALLA DE POLI GLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLI GLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB109- MALLA DE POLI GLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLI GLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
				SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC): 10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS DE 30 CC Y DE 10 CC (TAMAÑO 4.5 A 9 CM). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR.	No se acepta propuesta. apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numerera 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23
304047	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL.	10.02.901 SONDA DE CANAL INDEPENDIENTE HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS (TAMAÑO 4.5 A 9 CM). Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL FORMATO T25 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE DESINFECCION DE ALTO NIVEL (DAN) APLICA ÚNICAMENTE PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, Y EN CASO DE NO PARTICIPAR EN DICHO PAQUETE NO ES REQUISITO PRESENTARLO. ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación.
304048	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.1 PROPUESTA TÉCNICA. 2.4.2.19 METODOLOGÍA. F)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL FORMATO T25 APLICA ÚNICAMENTE PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS.	Es correcta su apreciación.
304049	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.1 PROPUESTA TÉCNICA. 2.4.2.19 METODOLOGÍA. F)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR LAS MEDIDAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN CATÁLOGOS, MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR QUE CONFIRME QUE EL MATERIAL CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	Se acepta la propuesta
304050	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN (SMI PARA PMI) 2023

ID	LIGITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304051	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.2. REGISTROS SANITARIOS.	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ÚLTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACIÓN), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS.</p> <p>Y EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS</p> <p>A) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA.</p> <p>B) COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS ESPECIFICANDO CLARAMENTE EL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO A QUE PERTENECE EL RECIBO.</p> <p>C) CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, referirse a 2.4.2.2. REGISTROS SANITARIOS.</p>
304052	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.13. VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO Y LA ACEPTACIÓN DEL MISMO	<p>¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL FORMATO T18 "CONTROL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS", YA QUE SOLICITA QUE SE UTILICE ESTE FORMATO EN LA ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO Y DICHO FORMATO ESTÁ ELABORADO PARA "RELACION DE MARCAS, MODELOS Y FABRICANTE DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS" NO CUENTA CON COLUMNAS DE CLAVE DEL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, CANTIDAD A ENTREGAR, FECHA DE ENTREGA, PROVEEDOR, UNIDAD MEDICA, CONTRATO, ETC. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>Favor de remitirse a aclaraciones generales de la presente junta.</p>
304053	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.3. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES	<p>¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA MARCA SOBRE LOS PUNTOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADOS EN FOLLETO, CÁTALOGO, FOTOGRAFÍAS, MANUALES.</p>	<p>Se acepta la propuesta</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACELARACION	RESPUESTA
304054	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	5.1 PARA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE: PARA LOS BIENES DE CONSUMO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA EL FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL" (PRESENTAR FORMATO EN PDF Y EXCEL EDITABLE). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE AL FORMATO T23 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL", YA QUE EL FORMATO T21, HACE REFERENCIA A " CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ULTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACION), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA?	Es correcta su apreciación se refiere al formato T23, propuesta para evaluación técnica-documental. Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás Licitantes y sin modificar los requisitos contenidos en la presente convocatoria.
304055	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.2. REGISTROS SANITARIOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA REFERENCIAR EN LOS REGISTROS SANITARIOS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS O DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN CASO DE REQUERIRSE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás Licitantes y sin modificar los requisitos contenidos en la presente convocatoria.
304056	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.3. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA MARCA QUE AVALE LOS PUNTOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADOS EN FOLLETO, CATALOGO, FOTOGRAFÍAS, MANUALES. ¿SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás Licitantes y sin modificar los requisitos contenidos en la presente convocatoria.
304057	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.3. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/- 10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, remitirse a 2.4.2.3. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES.
304058	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.3. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/- 10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, remitirse a 2.4.2.3. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304059	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ULTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACIÓN), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA?	No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, referirse a 2.4.2.2. REGISTROS SANITARIOS.
304060	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA REFERENCIAR EN LOS REGISTROS SANITARIOS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS O DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN CASO DE REQUERIRSE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, referirse a 2.4.2.2. REGISTROS SANITARIOS.
304061	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T15 "REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR INCLUIR EL CAMPO OOAD/UMAE, ASÍ COMO EL CAMPO DE FIANZA, YA QUE SE REQUIERE ACTUALMENTE.	Se acepta la propuesta
304062	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T19 "DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO"	ENTENDEMOS QUE EN EL RECUADRO DE "IDENTIFICACIÓN OFICIAL" DEBERÁ ASENTARSE SÓLO EL NÚMERO DE ALGUNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON LA QUE EL PERSONAL ESTE EN CONDICIONES DE IDENTIFICARSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación
304063	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T20 "DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS EN SITIO"	ENTENDEMOS QUE EN EL RECUADRO DE "IDENTIFICACIÓN OFICIAL" DEBERÁ ASENTARSE SÓLO EL NÚMERO DE ALGUNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON LA QUE EL PERSONAL ESTE EN CONDICIONES DE IDENTIFICARSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación
304064	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T22. RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA TÉCNICO EN SITIO/SUPERVISOR.	En referencia técnico en sitio el que está en el procedimiento o si es el técnico supervisor. Remitirse a capacidad del licitante. (Técnicos en sitio y Supervisores de instalación y Mantenimiento)
304065	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T22. RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS.	En referencia a título profesional o nivel de licenciatura o técnico. Remitirse a capacidad del licitante.
304066	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T22. RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA EXPERIENCIA LABORAL.	En referencia a experiencia con contratos previos favor de remitirse a Experiencia y Especialidad del Licitante
304067	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T22. RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL SERVICIO, ES LA SUMA DE LOS AÑOS DE TODO EL PERSONAL TÉCNICO O ES EL PROMEDIO DE LA SUMA DE LOS AÑOS DE TODO EL PERSONAL TÉCNICO, FAVOR DE ACLARAR.	La celda llamada total de años de experiencia laboral relacionada con el servicio, se refiere a la suma de los años de experiencia del personal para cada una de las partidas.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
 (SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304068	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA EQUIPO. EN LA SECCION DOCUMENTAL. EN EL CASO DE LA COLUMNA "FECHA DE VIGENCIA REG SSA" CUANDO SE MENCIONE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DOF EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.	Registrar esas connotaciones las cuales serán evaluadas conforme a las normas y leyes vigentes.
304069	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	¿QUE FECHA DE VIGENCIA DEBERA COLOCARSE? FORMATO T23 PROPUESTA DE INSTRUMENTAL. EN LA SECCION EVALUACION TÉCNICA. DICE: NÚMERO DE CATALOGO DEL FABRICANTE, DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE AL MODELO, CÓDIGO, REFERENCIA O NO. DE REF. DEL PRODUCTO. ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación
304070	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA DE INSTRUMENTAL. EN LA SECCION EVALUACION TÉCNICA. DICE: NOMBRE DE LA CARPETA. DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE AL NOMBRE DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS BAJO EL NUMERAL 2.4.2.3. ¿ES CORRECTO?	Se refiere al nombre de la carpeta electrónica donde se ubica dicha evidencia. Y que si puede ser referenciada con los nombres bajo el numeral 2.4.2.3
304071	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA DE INSTRUMENTAL. EN LA SECCION EVALUACION TÉCNICA. DICE: UBICACION EXACTA DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE A: UBICACIÓN EXACTA (PÁGINA) DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO). ¿ES CORRECTO?	Es correcta la apreciación, en la página exacta donde se ubica la imagen o información requerida sobre ese equipo o insumo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304072	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA DE INSTRUMENTAL. EN LA SECCIÓN DOCUMENTAL. EN EL CASO DE LA COLUMNA "FECHA DE VIGENCIA REG SSA" CUANDO SE MENCIONE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DOF EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿QUE FECHA DE VIGENCIA DEBERA COLOCARSE? FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB). EN LA SECCIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA.. DICE: NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE AL MODELO, CÓDIGO, REFERENCIA O NO. DE REF. DEL PRODUCTO. ¿ES CORRECTO?	Registrar esas connotaciones las cuales serán evaluadas conforme a las normas y leyes vigentes. Es correcta su apreciación.
304073	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB). EN LA SECCIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA. DICE: NOMBRE DE LA CARPETA, DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE AL NOMBRE DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS BAJO EL NUMERAL 2.4.2.3. ¿ES CORRECTO?	Se refiere al nombre de la carpeta electrónica donde se ubica dicha evidencia. Y que si puede ser referenciada con los nombres bajo el numeral 2.4.2.3
304074	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB). EN LA SECCIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA. DICE: NOMBRE DE LA CARPETA, DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE AL NOMBRE DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS BAJO EL NUMERAL 2.4.2.3. ¿ES CORRECTO?	Cuando se oferte un bien de consumo de origen Nacional o Internacional, el licitante advierte que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o deberá presentar, debidamente referenciado, el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte. Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español tendrá que presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos
304075	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB). EN LA SECCIÓN DOCUMENTAL. EN EL CASO DE LA COLUMNA "FECHA DE VIGENCIA REG SSA" CUANDO SE MENCIONE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DOF EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿QUE FECHA DE VIGENCIA DEBERA COLOCARSE?	Registrar esas connotaciones las cuales serán evaluadas conforme a las normas y leyes vigentes. Es correcta su apreciación.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
					que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Colocando en la columna "fecha de vigencia registra" del Anexo T23 "Propuesta de bienes de consumo básico (BCB)" La leyenda de NO APLICA.
304076	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BASICO (BCB). EN LA SECCIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA. DICE: UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE REFIERE A: UBICACION EXACTA (PAGINA) DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO).	Es correcta la apreciación, en la página exacta donde se ubica la imagen o información requerida sobre ese equipo o insumo.
304077	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	¿ES CORRECTO? FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC). EN LA SECCIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA.: DICE: NUMERO DE CATALOGO DEL FABRICANTE, DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE AL MODELO, CODIGO, REFERENCIA O NO. DE REF. DEL PRODUCTO. ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación
304078	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC). EN LA SECCIÓN DOCUMENTAL. EN EL CASO DE LA COLUMNA "FECHA DE VIGENCIA REG SSA" CUANDO SE MENCIONE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DOF EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.	Cuando se oferte un bien de consumo de origen Nacional o Internacional, el licitante advierte que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o deberá presentar, debidamente referenciado, el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte. Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español tendrá que



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304079	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL;	FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC) EN LA SECCIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA. DICE: UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARER SI SE REFIERE A: UBICACIÓN EXACTA (PÁGINA) DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO); ¿ES CORRECTO? FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR INCLUIR EL CAMPO DEL CONTRATO O PARTIDA, ASI COMO TÉCNICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Colocando en la columna "fecha de vigencia reg ssa" del Anexo T23 "Propuesta de bienes de consumo básico (BCB)" La leyenda de NO APLICA. Es correcta la apreciación, en la página exacta donde se ubica la imagen o información requerida sobre ese equipo o insumo.
304080	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BCB Y BCC DE LA CTSI"	FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 7 ANOS CERO MESES AÑOS DE FABRICACIÓN (A PARTIR DEL 2016)" MENCIONA EL ANEXO "PRESENTAR LA BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, EN EL CUAL ASEGURO QUE NO HA TENIDO MÁS DE TRES FALLAS CONSECUTIVAS". ENTENDEMOS QUE DICHA BITÁCORA SÓLO SE PRESENTARÁ POSTERIOR AL FALLO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Favor de remitirse a aclaraciones generadas de la presente junta. Es correcta su apreciación, en caso de ser adjudicado y los equipos médicos ofertados, hayan estado en operación deberá presentar la bitácora de servicio de mantenimiento del equipo en la cual asegura que no han tenido más de 3 fallas consecutivas.
304081	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO..."		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SEGUNDA DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304082	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T6 "REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL"</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR EL CAMPO UNIDAD MÉDICA, DERIVADO QUE ES UN REPORTE DE MANTENIMIENTO.</p> <p>CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL FINAL DEL DOCUMENTO "TÉRMINOS Y CONDICIONES" SE INDICA QUE "EL LICITANTE HARÁ PROPIO TÉRMINOS Y CONDICIONES, MEDIANTE SU TRANSCRIPCIÓN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA PARA SU PRESENTACIÓN EN ARCHIVO DIGITAL EXCEL EDITABLE Y PDF NO MODIFICABLE..." ENTENDEMOS QUE PARA ATENDER ESTA INDICACIÓN BASTARÁ CON PRESENTAR LA TRANSCRIPCIÓN INTEGRAL DE DOCUMENTO "TÉRMINOS Y CONDICIONES" EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ACEPTA Y SE DARÁ CABAL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN "TÉRMINOS Y CONDICIONES". ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	<p>Favor de remitirse a aclaraciones generales de la presente junta.</p> <p>No se acepta la propuesta. Favor de apeгarse a los términos y condiciones, remitirse a 2.1.2.LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>	
304083	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	<p>2.1.2.LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>ANEXO TÉCNICO</p>	<p>AL FINAL DEL DOCUMENTO SE INDICA: (EL LICITANTE HARÁ PROPIO TÉRMINOS Y CONDICIONES, MEDIANTE SU TRANSCRIPCIÓN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA PARA SU PRESENTACIÓN EN ARCHIVO DIGITAL EXCEL EDITABLE Y PDF NO MODIFICABLE, CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA)</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO CONSIDERAR LA INDICACIÓN DE PRESENTARLO EN ARCHIVO DE EXCEL, YA QUE EN LA CONVOCATORIA VIENE EN FORMATO WORD, Y BASTE SÓLO CON LA PRESENTACIÓN EN FORMATO PDF. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>El licitante hará propio el anexo de términos y condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Word editable y PDF no modificable... Con firma autógrafa del representante legal. Como parte de su propuesta técnica.</p>
304084	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304085	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.14.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD.	<p>PARA GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ADECUADOS, SE DEBERÁ ENVIAR EL FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI", VALIDADO POR LA OOAD/UMAE AL CORREO CTSI.PMI@IMSS.GOB.MX DONDE SE REGISTRARÁN LOS PMI REALIZADOS A LOS PACIENTES, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS, ASÍ MISMO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL PROPIO SERVICIO COMO: NÚMERO DE CONTRATO, FECHA DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO AL PACIENTE, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, NOMBRE Y MATRÍCULA DEL MÉDICO QUE AUTORIZO, ETC.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON NÚMERO DE CONTRATO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, YA QUE EL FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI" NO CUENTA CON ESTOS CAMPOS, FAVOR DE ACLARAR, INCISO A), B), C), D) Y E)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO QUE MANEJA MI REPRESENTADA, SOLO LOS QUE CORRESPONDEN A CADA INCISO PARA COMPROBAR LA METODOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ÚLTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACIÓN), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIOS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS EXPRESAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se refiere al número del instrumento Jurídico que se emita.</p> <p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, remitirse a 2.4.2.19 METODOLOGÍA.</p> <p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, remitirse a 5.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, remitirse a 5.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.</p>
304086	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.19 METODOLOGÍA.		
304087	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	5.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA		
304088	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	5.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304089	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.21 NUMERAL 1)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, LOS FORMATOS T19 Y T20 ANEXANDO UN ESCRITO LIBRE CON EL LISTADO DE TODO EL PERSONAL DESCRIBIENDO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN CADA UNO DE ELLOS. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, remitirse a 2.4.2.21 NUMERAL 1)
304090	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.1. PROPUESTA TÉCNICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS MEDIDAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN CATALOGOS, PUEDAN SER ACREDITADAS MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR; QUE CONFIRME QUE LAS MEDIDAS REFERENCIADAS EN EL CATALOGO Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a 2.4.2.1. PROPUESTA TÉCNICA.
304091	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.1. PROPUESTA TÉCNICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE; SE ACEPTE UNA VARIACION +/- 10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a 2.4.2.1. PROPUESTA TÉCNICA.
304092	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN 10.02.004 CIRUGÍA DE OÍDO , SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: - CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO. YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a ANEXO T.4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

**SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304093	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO		<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN 10.01.012 ARTROSCOPIA DE MUNECA/CODO/TOBILLO CON IMPLANTE, SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:</p> <p>- PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.0 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO DESDE 2 MM.</p> <p>YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS.</p>
304094	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO		<p>ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a ANEXO T.4: CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS.</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304095	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN 10.01.013 ARTROSCOPIA DE CADERA SIN IMPLANTE, SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:</p> <p>-CÁNULA ROSCADA O LISA CON OBTURADOR DE 7 A 8.5 MM DE DIÁMETRO DE 90 A 110 DE LONGITUD.</p> <p>YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS.</p>
304096	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN CUESTIÓN 10.01.013 ARTROSCOPIA DE CADERA SIN IMPLANTE/ 10.01.014 ARTROSCOPIA DE CADERA CON IMPLANTE, SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:</p> <p>-PUNTA DE RASURADOR FRESA OVALADA DE 3.5 A 5.5. LONGITUD DE 18 A 20 CM.</p> <p>YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304097	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTION 10.01.013 ARTROSCOPIA DE CADERA SIN IMPLANTE/ 10.01.014 ARTROSCOPIA DE CADERA CON IMPLANTE, SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:</p> <p>-PUNTA RECTA O ANGLULADA A 30 ° DE RASURADOR AGRESIVA O SEMI-AGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 3.8 MM HASTA 5.5 MM CON LONGITUD EN EL RANGO DE 18 A 25 CM. YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS.</p>
304098	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTION 10.01.013 ARTROSCOPIA DE CADERA SIN IMPLANTE/ 10.01.014 ARTROSCOPIA DE CADERA CON IMPLANTE, SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:</p> <p>-SET O KIT DE AGUJA PARA ACCESO DE NITINOL DE 1.0 A 1.4 MM DE DIÁMETRO.</p> <p>YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACIARACION	RESPUESTA
304099	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN 10.01.013 ARTROSCOPIA DE CADERA SIN IMPLANTE/ 10.01.014 ARTROSCOPIA DE CADERA CON IMPLANTE, SERA REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:</p> <p>-SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA O PLASMA BIPOLAR RECTA, DE 3 A 5 MM Y 18 A 20 DE LONGITUD.</p> <p>YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No se acepta la propuesta. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS.</p>
304100	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN 10.04.021 CISTOSCOPIA PARA RETIRO DE CATÉTER DOBLE J, SERA REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO:</p> <p>-MANGUERA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN.</p> <p>YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No se acepta la propuesta favor de apearse a lo solicitado en ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304101	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.7. FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS.	<p>DICE: EL LICITANTE PARTICIPANTE PRESENTARÁ ESCRITO EN FORMATO LIBRE, EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SON NUEVOS Y EN CASO DE SER USADOS MEDIANTE EL: FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 7(SIETE) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2018)."</p> <p>DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR Y MANTENER LA EL TITULO QUE SE EXPRESA EN EL ARCHIVO DE FORMATOS SMI PARA PMI FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 7(SIETE) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2016), ¿ES CORRECTO?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
304102	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB150- SONDA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O TOTALMENTE DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 1.5 A 5 ML O MAYOR., CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS; CALIBRE DESDE 6FR A 12 FR. (PRESENTAR LAS MEDIDAS INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL CIRUJANO).</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB150- SONDA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, TOTALMENTE DE SILICÓN O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE HIDROGEL, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 1.5 A 5 CC. O MAYOR., CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS; CALIBRE DESDE 6FR A 12 FR. (PRESENTAR LAS MEDIDAS INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL CIRUJANO).</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apearse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 (SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304103	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p>FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB151- SONDA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O TOTALMENTE DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., CON VALVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS: CALIBRE 14 FR. A 22 FR (PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL CIRUJANO).</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB151- SONDA DE DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, TOTALMENTE DE SILICÓN O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE HIDROGEL, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 CC., CON VALVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VÍAS: CALIBRE 14 FR. A 22 FR (PRESENTAR MEDIDAS INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL CIRUJANO).</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante", lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023**

**SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023**

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
304104	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p align="center">FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID. PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB155- SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRES: 16 A 22 FR. PRESENTAR CALIBRES INTERMEDIOS.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB155- SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE HIDROGEL CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 CC., ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRES: 16 A 22 FR. PRESENTAR CALIBRES INTERMEDIOS.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>
304105	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	<p align="center">FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID. PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB):</p> <p>BCB156-SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE LÁTEX RECUBIERTA DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY TRES VÍAS. CALIBRES: 20 A 24 FR. PRESENTAR CALIBRES INTERMEDIOS.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BCB156-SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE LÁTEX RECUBIERTA DE SILICÓN, O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE HIDROGEL, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 30 CC., CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY TRES VÍAS. CALIBRES: 20 A 24 FR. PRESENTAR CALIBRES INTERMEDIOS.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta propuesta, apegarse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". lo cual puede ser evaluado. Favor de apegarse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304106	INTERMET SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO XXIII PROPUESTA ECON PARTIDA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL ANEXO XXIII PROPUESTA ECONOMICA CORRESPONDE AL ARCHIVO NOMBRADO "ANEXO XXIII PROPUESTA ECON PARTIDA" CON TITULO DE ANEXO 5 PROPUESTA ECONOMICA	Es correcta su apreciación, el anexo XXIII propuesta económica corresponde al archivo nombrado "anexo XXIII propuesta econ partida" con título de anexo 5 propuesta económica. No se acepta propuesta, apearse a lo dicho en el anexo, formato T23, sin embargo Dentro del formato T23, existe la oportunidad de registrar la "Descripción del licitante tal cual se presenta en catálogos del fabricante". Lo cual puede ser evaluado. Favor de apearse a los términos y condiciones, favor de remitirse a numeral 2.4.2.1. Propuesta técnica y formato 23.
304107	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T23. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE ID_PMI DEL FORMATO T23 PROPUESTA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC): 10.04.904- SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN Ó TOTALMENTE DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 Y 30 ML., ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS Ó TRES VÍAS, CALIBRES: 14, 16, 18, 20, 22 Y 24 FR. NOS PERMITA OFERTAR: 10.04.904- SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, DE LÁTEX RECUBIERTA DE HIDROGEL Ó TOTALMENTE DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 Y 30 CC., ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS Ó TRES VÍAS, CALIBRES: 14, 16, 18, 20, 22 Y 24 FR. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Favor de remitirse a aclaraciones generales de la presente acta.
304108	INTERMET SA DE CV	OTROS	RESUMEN DE EVALUACION TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL CONTENIDO DE LA TABLA "CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACION TÉCNICA Y SUS PONDERACIONES PARA CADA RUBRO Y SUBRUBRO" YA QUE LOS NUMERALES SOLICITADOS EN EL DESARROLLO DE ESTA TABLA NO COINCIDEN CON LOS DESARROLLADOS EN LA CONVOCATORIA. FAVOR DE CORREGIR O AJUSTAR LA TABLA "CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACION TÉCNICA Y SUS PONDERACIONES PARA CADA RUBRO Y SUBRUBRO" YA QUE NO CORRESPONDE CON LOS NUMERALES DE LA CONVOCATORIA NI EL ANEXO XXI RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION TÉCNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS EN LA QUE SE SOLICITAN LOS DOCUMENTOS ESPECIFICOS.	Favor de remitirse a aclaraciones generales de la presente acta.
304109	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	RESUMEN DE EVALUACION TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL CONTENIDO DE LA TABLA "CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACION TÉCNICA Y SUS PONDERACIONES PARA CADA RUBRO Y SUBRUBRO" YA QUE LOS NUMERALES SOLICITADOS EN EL DESARROLLO DE ESTA TABLA NO COINCIDEN CON LOS DESARROLLADOS EN LA CONVOCATORIA. FAVOR DE CORREGIR O AJUSTAR LA TABLA "CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACION TÉCNICA Y SUS PONDERACIONES PARA CADA RUBRO Y SUBRUBRO" YA QUE NO CORRESPONDE CON LOS NUMERALES DE LA CONVOCATORIA NI EL ANEXO XXI RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION TÉCNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS EN LA QUE SE SOLICITAN LOS DOCUMENTOS ESPECIFICOS.	Favor de remitirse a aclaraciones generales de la presente acta.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN
(SMI PARA PMI) 2023

ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCION DE LA CONVOCATORIA	ACLARACION	RESPUESTA
304110	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2.4.2.1 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A TERMINOS Y CONDICIONES, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE NO SE ENCUENTRA EN LAS PRESENTES BASES Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA.	Se publica el anexo términos y condiciones en el portal de CompraNet en el expediente de la presente licitación.
304111	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.13. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE SE PRESENTE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA CON UNA EMISION DE AL MENOS 2 DIAS HÁBILES PREVIOS AL EVENTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES. DEBIDO A LA VIGENCIA DE DICHA CONSTANCIA Y A LAS CONSTANTES FALLAS E INTERMITENTES QUE TIENE LA PLATAFORMA COMPRANET 2023. ¿SE ACEPTA?	Se acepta su solicitud.
304112	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.4.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LEGAL-ADMINISTRATIVA	ENTENDEMOS QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA SOLICITADA EN BASES CORRESPONDE AL PUNTO 4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA Y SUS NUMERALES, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE LOS PUNTOS DEL 2.4.1.1 AL 2.4.1.18 NO SE ENCUENTRAN EN LA CONVOCATORIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación, el numeral 4.1 Documentación Legal-Administrativa y sus sub numerales, señalan los documentos que deberá presentar el licitante en su propuesta técnica.
304113	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ES: LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023. LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EN LA PLATAFORMA COMPRANET 2023 APARECE EL NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR027-N-54-2023. FAVOR DE ACLARAR	De conformidad con la identificación de la convocatoria en su página 1, encabezado y en el contenido de la misma, el número que identifica a la presente Licitación es LA-50-GYR-050GYR027-T-54-2023.
304114	INTERMET SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.4.2.18 ESPECIALIDAD DE LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO NOS PERMITA PRESENTAR LOS MISMOS CONTRATOS DEL INCISO 2.4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	Se acepta la propuesta

-----FIN DEL ACTA-----

↑