



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las 09:00 horas, del día 10 de abril del 2024, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Quien preside el acto, el Mtro. Hugo Zamora Oviedo, Titular Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, servidor público de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3.8 Inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés en participar en esta Licitación a través del sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto mediante dicho sistema.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, así como del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y los escritos de interés en participar, a través del sistema COMPRANET, de los siguientes licitantes:

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	0





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
2	DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV	0
3	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	0
4	INTERVENCENTER DIAGNOSTICO Y RADIOLOGIA SAS DE CV	0
5	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	0
6	SOLUCIONES INTEGRALES CARDIOLOGICAS SA DE CV	0
7	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	36
8	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	24
9	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	46
10	WACHUMA S DE RL DE CV	1
TOTAL		107

Acto seguido el representante del área técnica conjuntamente con el área compradora realiza las siguientes modificaciones a la Convocatoria en la cual se establecen las bases de la Licitación en cita, mismas que servirán y actualizarán las condiciones del procedimiento de contratación en términos del artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al numeral 4 de la misma:

APARTADO

ACTUALIZACIONES U MODIFICACIONES



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

ACTUALIZACIONES U MODIFICACIONES	
<p>3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES</p>	<p>SE ACTUALIZA EL CALENDARIO DE EVENTOS AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.</p>
<p>ANEXO NO.1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO"</p>	<p>AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA SE ACTUALIZAN LOS SIGUIENTES NUMERALES: 3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS, NUMERAL 3.3. OOAD/UMAE, SE INCLUYE LA LOCALIDAD Y EL TIPO DE UNIDAD MÉDICA. NUMERAL 3.4 REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS POR PARTIDA ESPECIAL OOAD / UMAE. ASI COMO EL NUMERAL 6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO - CANTIDADES BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO PARTIDAS ESPECIALES POR OOAD</p>
<p>ANEXO NO.1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO" 6. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO</p>	<p><u>DICE:</u> 6.1 Bienes de Consumo Básico</p> <p>(...)</p> <p>El licitante adjudicado deberá tener a disposición la primera entrega de bienes de consumo básicos, estos deberán entregarse a partir del día 50 (cincuenta) natural posterior a la emisión y notificación del fallo, en cada uno de los OOAD/UMAE, según APENDICE TI "REQUERIMIENTOS de SMI PARA HERI", y se hará constar en el APENDICE T10 "CONTROL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO", para control interno de la Unidad Médica. Este control no representa ninguna responsabilidad de resguardo de insumos o considerarse para fines de facturación y pago para el Instituto.</p> <p><u>DEBE DE DECIR:</u> 6.1 Bienes de Consumo Básico</p> <p>(...)</p> <p>El licitante adjudicado deberá tener a disposición la primera entrega de bienes de consumo básicos, estos deberán entregarse a partir de los 15 días naturales posterior a la emisión y notificación del fallo, en cada uno de los OOAD/UMAE, según APENDICE TI "REQUERIMIENTOS de SMI PARA HERI", y se hará constar en el APENDICE T10 "CONTROL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO", para control interno de la Unidad Médica. Este control no representa ninguna responsabilidad de resguardo de insumos o considerarse para fines de facturación y pago para el Instituto.</p>

[Handwritten signature]





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

ACTUALIZACIONES U MODIFICACIONES					
<p>APENDICE T1 "REQUERIMIENTOS de SMI PARA HERI"</p>	<p>AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA SE ACTUALIZA EL APENDICE.</p>				
<p>APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI 2024</p>	<p>AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA SE ACTUALIZA EL APENDICE.</p>				
<p>ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI</p>	<p><u>DICE:</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">1</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p><u>DEBE DECIR:</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0</p> </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<p>Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">1</p>	<p><u>DEBE DECIR:</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0</p> </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	<p>Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0</p>	
<p>Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">1</p>	<p><u>DEBE DECIR:</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0</p> </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	<p>Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0</p>			
<p>Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0</p>					

El representante del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante documento con fecha de recepción de 10 de abril de 2024, manifiesta que:

"Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.


2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 33 y 33 bis de la Ley; 46, fracciones IV y V, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos; además, se sugiere al área contratante consultar previamente el Diario Oficial de la Federación para verificar que los interesados que formulen aclaraciones a la convocatoria y/o manifiesten interés en participar en el presente procedimiento no se encuentren inhabilitados.

Finalmente, se sugiere considerar todas y cada una de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica". Siendo todo lo que desea manifestar. En los términos del numeral 4.21.j) de las POBALINES, exhibo carta de ausencia de interés."

Posteriormente, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el licitante, así como las respuestas otorgadas, como se indican a continuación:

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	INCISO I	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA PRESENTAR EL ANEXO NO. 3 (TRES) MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, CON LEYENDA NO APLICA, AL NO PARTICIPAR MI REPRESENTADA DE MANERA CONJUNTA ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA

[Handwritten signature]



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	2	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA I	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS EMITIDA CON DOS DIAS HABLES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	CON REFERENCIA AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. PARA TALES EFECTOS, EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
3	3	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA II	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT CON DOS DIAS HABLES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	CON REFERENCIA AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. PARA TALES EFECTOS, EL



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050CYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
4	4	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA III	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL SIN ADEUDOS ANTE EL INFONAVIT CON DOS DIAS HABLES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON REFERENCIA AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. PARA TALES EFECTOS, EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
5	5	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	4.2.8 CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS; CON LEYENDA NO APLICA, AL NO PRESENTAR EQUIPOS USADOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS USADOS.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
6	6	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	APENDICES (VARIOS)	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES APENDICE T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T19, T20, T22, T23, T25 Y T26 SOLO SON DE CONOCIMIENTO Y NO FORMARÁN PARTE DE LA PROPUESTA, HASTA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
7	7	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	APENDICE 24 CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR APENDICE 24 CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 5 AÑOS DE FABRICACIÓN A PARTIR 2020; CON LEYENDA NO APLICA, AL NO PRESENTAR EQUIPOS USADOS ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LOS EQUIPOS QUE VAN A PRESENTAR NO SEAN USADOS
8	8	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	4.2.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD.	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA PRESENTAR CARTA DE RENOVACIÓN FIRMADA POR EL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO, MISMO QUE NOS ACREDITA, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, YA QUE NOS ENCONTRAMOS RENOVANDO EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001:2015 ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
9	9	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	4.2.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ME PERMITA PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ME COMPROMETO EN PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001:2015 EN SERVICIOS INTEGRALES, A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, VIGENTE, EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO ¿SE ACEPTA?	QUEDA CONTESTADA CON LA RESPUESTA INMEDIATA ANTERIOR.
10	10	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO 11 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, PARA LOS BIENES COMPLEMENTARIOS DEBEREMOS CONSIDERAR LOS 178 ESTABLECIDOS EN EL "APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA HERI 2024". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
11	11	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO 11 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, PARA LOS BIENES COMPLEMENTARIOS DEBEREMOS CONSIDERAR LOS 178 ESTABLECIDOS EN EL "APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA HERI 2024", O BIEN LOS 75 "BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO PARTIDAS ESPECIALES POR OOAD / UMAE" REFERIDAS	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
				TANTO EN LAS BASES COMO EN EL ANEXO TÉCNICO.	
12	12	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO 11 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SI PARA LOS BIENES COMPLEMENTARIOS ESPECIALES DEBEREMOS CONSIDERAR LOS 75 "BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO PARTIDAS ESPECIALES POR OOAD / UMAE". REFERIDAS EN LAS BASES, O BIEN LOS 21 ESTABLECIDOS EN EL "APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA HERI 2024".	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
13	13	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO 11 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SI SÓLO SE DEBERÁ CONSIDERAR EL COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, Y SOLAMENTE COMO REFERENCIA DEBEMOS INDICAR PARA LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS TANTO GENERALES COMO ESPECIALES EL PRECIO UNITARIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA, SE DEBEN CONSIDERAR EL COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS APARTE DE LOS BIENES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMO REFERENCIA.
14	14	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO 11 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS TANTO GENERALES COMO ESPECIALES A CONSIDERAR, ¿SE ACEPTA?	QUEDA CONTESTADA CON LA RESPUESTA INMEDIATA ANTERIOR
15	15	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO 11 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA NOS INDIQUE SI LOS IMPORTES TOTALES MÍNIMOS Y MÁXIMOS A CONTRATAR ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 3.4 DE LAS BASES, SON LOS TECHOS PRESUPUESTALES Y POR ENDE DEBEMOS AJUSTARNOS A LOS MISMOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
16	16	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TABLA NO.1 PUNTOS Y PORCENTAJES CAPACIDAD DE RECURSOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NUMERO DE TECNICOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA	UNO POR TURNO CONFORME AL NUMERAL 8 ASISTENCIA TÉCNICA DEL ANEXO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
17	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	HUMANOS	TABLA NO.1 PUNTOS Y PORCENTAJES CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PERFIL DE LOS TECNICOS RELACIONADOS AL AREA DE LA SALUD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
18	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TABLA NO.1 PUNTOS Y PORCENTAJES CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO 8 PUNTOS.	SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR MINIMO 3 FACTURAS DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON EL MAXIMO PUNTAJE ¿SE ACEPTA?	SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR MINIMO 3 FACTURAS DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON EL MAXIMO PUNTAJE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
19	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TABLA NO.1 PUNTOS Y PORCENTAJES CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO 8 PUNTOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO, QUE SE UTILIZARA FORMATO LIBRE PARA LA RELACIONAR LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL A UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ¿SE ACEPTA?	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO, QUE SE UTILIZARA FORMATO LIBRE PARA LA RELACIONAR LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL A UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.
20	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	EQUIPO MEDICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NUMERO DE EQUIPOS QUE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NUMERO DE EQUIPOS QUE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA	UNO, COMO SE INDICA EL APENDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI DE LA CONVOCATORIA.
21	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	EQUIPO MEDICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NUMERO DE EQUIPOS QUE REQUIERE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, CATALOGO O CERTIFICADO DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NUMERO DE EQUIPOS QUE REQUIERE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, CATALOGO O CERTIFICADO DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA	SE REQUIERE MINIMO PARA EL 80% DE LOS EQUIPOS, RELACIONADOS EN LOS APÉNDICES T27 Y T28 DE LA CONVOCATORIA.
22	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.819 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN EL CASO DE LOS INSUMOS MEDICOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.819 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN EL CASO DE LOS INSUMOS MEDICOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN	SE ACEPTA.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
23	23	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿SE ACEPTA? BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.820 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE INSUMO TODA VES QUE PERTENECE AL FABRICANTE "ST JUDE MEDICAL" Y QUE SON ÚNICAMENTE COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA "SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE RL. DE C.V." MISMO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024 CONFORME A LA CIRCULAR NÚMERO 008/2024 EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 24 DE ENERO DE 2024, DE TAL SUERTE QUE ESTE FABRICANTE HA COMUNICADO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO DE SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, NI DARÁ DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NI LEGAL (REGISTRO SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD) PARA EVENTOS LICITATORIOS. ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA TODA VEZ QUE ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
24	24	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.822 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE "CAMISA TRANSEPTAL DE DIVERSAS CURVAS DE 8.5 FR, DIVERSAS LONGITUDES ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA

[Handwritten signature]

2024
Felipe Carrillo
PUERTO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
25	25	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.832 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE INSUMO TODA VES QUE PERTENECE AL FABRICANTE "ST JUDE MEDICAL" Y QUE SON ÚNICAMENTE COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA "SJ MEDICAL MEXICO, S. DE RL. DE C.V." MISMO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024 CONFORME A LA CIRCULAR NÚMERO 008/2024 EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 24 DE ENERO DE 2024, DE TAL SUERTE QUE ESTE FABRICANTE HA COMUNICADO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO DE SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, NI DARÁ DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NI LEGAL (REGISTRO SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD) PARA EVENTOS LICITATORIOS. ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA TODA VEZ QUE ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
26	26	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.0.848 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 6 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD YA QUE NINGÚN FABRICANTE COMERCIALIZA EN MÉXICO CATÉTERES DIAGNOSTICO EN 7 Y 8 FR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
27	27	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.876 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE INSUMO TODA VES QUE PERTENECE AL FABRICANTE "ST JUDE MEDICAL" Y QUE SON ÚNICAMENTE COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA "SJ MEDICAL MEXICO, S. DE RL. DE C.V." MISMO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024 CONFORME A LA CIRCULAR NÚMERO 008/2024 EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 24 DE ENERO DE 2024, DE TAL SUERTE QUE ESTE FABRICANTE HA COMUNICADO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO DE SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, NI DARÁ DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NI LEGAL (REGISTRO SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD) PARA EVENTOS LICITATORIOS. ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA TODA VEZ QUE ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
28	28	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.877 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE INSUMO TODA VES QUE PERTENECE AL FABRICANTE "ST JUDE MEDICAL" Y QUE SON ÚNICAMENTE COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA "SJ MEDICAL MEXICO, S. DE RL. DE C.V." MISMO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024 CONFORME A LA CIRCULAR NÚMERO 008/2024 EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 24 DE ENERO DE 2024, DE TAL SUERTE QUE ESTE FABRICANTE HA COMUNICADO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO DE SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, NI DARÁ DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NI LEGAL (REGISTRO SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD) PARA EVENTOS LICITATORIOS, ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA TODA VEZ QUE ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
29	29	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.886 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE ASPIRACIÓN DE TROMBOS DE LOS VASOS DEL SISTEMA ARTERIAL ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO
30	30	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.889 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE INSUMO, YA QUE EL FABRICANTE SOLO OTORGA APOYO A UN SOLO PROVEEDOR LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿ SE ACEPTA?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
31	31	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.903 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE " INTRODUCITOR LARGO DEFLECTABLE DE 85F Y 98CM LONGITUD ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
32	32	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.941 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN EL CASO DE LOS INSUMOS MEDICOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN	SE ACEPTA



2024 Felipe Carrillo PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
33	33	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CUENTE REGISTRO SANITARIO VIGENTE.
34	34	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01:1038 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ÚNICAMENTE CON CATALOGO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CUENTE REGISTRO SANITARIO VIGENTE.
35	35	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01:1040 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ÚNICAMENTE CON CATALOGO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CUENTE REGISTRO SANITARIO VIGENTE.
36	36	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01:1043 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ÚNICAMENTE CON CATALOGO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CUENTE REGISTRO SANITARIO VIGENTE.
37	1	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	63. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, I. OPINION IMSS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINION EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS, CON FECHA DE DOS DIAS ANTES O BIEN EL DIA QUE SE SUBE LA PROPUESTA, NO SIENDO NECESARIAMENTE EL DIA DE LA FECHA DE APERTURA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CUENTE REGISTRO SANITARIO VIGENTE.
					CON REFERENCIA AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/06.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023 EN DONDE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. PARA TALES EFECTOS, EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
38	2	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	4.2DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, 4.2.2REGISTROS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS CON MARCA DE AGUA DE OTRO NUMERO DE LICITACIÓN, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NUMERO DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACEPTA, TENDRÁ QUE VENIR REFERENCIADO CON EL NÚMERO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
39	3	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	4.2DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, 4.2.3 4.2.3 FOLLETOS, CATALOGOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR FOLLETOS O CATALOGOS DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS CON MARCA DE AGUA DE OTRO NUMERO DE LICITACIÓN, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NUMERO DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, TENDRÁ QUE VENIR REFERENCIADO CON EL NÚMERO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
40	4	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	4.2DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, 4.2.4 CERTIFICADOS DE CALIDAD.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS CON MARCA DE AGUA DE OTRO NUMERO DE LICITACIÓN, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NUMERO DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, TENDRÁ QUE VENIR REFERENCIADO CON EL NÚMERO DE LA PRESENTE LICITACIÓN..
41	5	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	16. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:	DICE: EL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIÓNISTA DEBERÁN CONTAR CUANDO MENOS UN MÉDICO ESPECIALISTA CERTIFICADO EN LA MATERIA OBJETO DE LA PARTIDA OFERTADA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN LICENCIADO EN ENFERMERÍA ESPECIALISTA CON LA EXPERIENCIA NECESARIA EN PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-1-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
42	6	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	16. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: B) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECTIFIQUE LA Puntuación en Referencia los puntos otorgados por los contratos presentados, ya que menciona que serán 6 los puntos a otorgar. A) CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PRIVADO = 1 PUNTO. B) 1 CONTRATO O PEDIDO CON EL SECTOR PÚBLICO = 1 PUNTO. C) 2 CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PÚBLICO = 2 PUNTOS. D) 3 CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PÚBLICO = 3 PUNTOS. E) 4 CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PÚBLICO = 4 PUNTOS. F) MÁS DE 4 CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PÚBLICO = 5 PUNTOS. FAVOR DE ACLARAR	SE RETIFICA LA INFORMACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PRIVADO. A) 1 CONTRATO O PEDIDO CON EL SECTOR PÚBLICO = 1 PUNTO. B) 2 CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PÚBLICO = 2 PUNTOS. C) 3 CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PÚBLICO = 3 PUNTOS. D) 4 CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PÚBLICO = 4 PUNTOS. E) MÁS DE 4 CONTRATOS O PEDIDOS CON EL SECTOR PÚBLICO = 6 PUNTOS.
43	7	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	3-4 REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS POR PARTIDA ESPECIAL, OOAD / UMAE:	EN EL ANEXO T4 SE ENLISTA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO, PEDIÁTRICO EL CUAL NO VIENE ENLISTADO EN EL ANEXO TECNICO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE OFERTA O NO DICHO PROCEDIMIENTO. FAVOR DE ACLARAR	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
44	8	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	EN LAS CANTIDADES PARA LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO VIENEN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA 7 60.01.1069, PARTIDA 8 60.01.1070, PARTIDA 9 60.01.1084, PARTIDA 10 60.01.1085. CABE MENCIONAR QUE ESTOS BIENES NO SE ENCUENTRAN ENLISTADOS EN EL ANEXO T4, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INCLUIR SUS DESCRIPCIONES CON EL FIN DE OFERTAR EL INSUMO CORRECTO, O EN SU CASO RECIFICAR SI SERÁN ELIMINADOS.	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
45	9	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	60.01.881	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EXTENSION COAXIAL DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE 6, 7 Y 8 FR, LONGITUD PROXIMAL DE 150 CM. SE ACEPTA?	SE ACEPTA
46	10	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	60.01.897	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE INSUMO EN CALIBRE DE 14 A 18 FR YA QUE LAS MEDIDAS VARIAN EN FUNCION A CADA CASA COMERCIAL	SE ACEPTA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
47	11	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	60.01.900	SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE INSUMO CON LONGITUD DE 10 A 25 CMS. CON GUIA VASCULAR DE 0.021 A 0.035". SE ACEPTA?	SE ACEPTA
48	12	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	60.01.907	INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR.	APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO TÉCNICO
49	13	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	BCB109	SE SOLICITA NOS PERMITAN OFERTAR ESTE INSUMO EN UN RANGO DE 4 A 12 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
50	14	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	BCB86	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE SE PODRAN OFERTAR TANTO GUIAS PERIFERICAS COMO CORONARIAS. YA QUE POR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO PODRIA REQUERIRSE UNA U OTRA	SE ACEPTA
51	15	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	BCB113	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR ESTE INSUMO CON CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 12 FR.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
52	16	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP).	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR ELIMINAR EL PROCEDIMIENTO 60.01.011 PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP). YA QUE ES ESPECIFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	NO SE ACEPTA, YA QUE SE REQUIERE EL PROCEDIMIENTO.
53	17	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	T21 FORMATO T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA/ DOCUMENTAL"	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN LA COLUMNA "MODELO" NOS PERMITA ANOTAR EL MODELO A EJEMPLO DE LA SIGUIENTE MANERA "LXTS-XXXX", YA QUE EXISTE GRAN CANTIDAD CODIGOS (MODELOS) DE UN MISMO INSUMO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
54	18	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS	EN EL LISTADO DE CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE ENLISTAN 199 BIENES, ESTOS SON A MODO DE VALIDAR SUS DESCRIPCIONES O BIEN SERAN LOS QUE SE TENDRAN QUE OFERTAR, EN CASO DE SER SI, FAVOR DE INDICAR MINIMOS Y MAXIMOS.	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
55	19	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	CANTIDADES BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO PARTIDAS ESPECIALES	EN EL LISTADO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO PARTIDAS ESPECIALES POR OOAD / UMAE: SE ENLISTAN 75 BIENES, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ESTOS SON LOS QUE SE DEBEN OFERTAR. FAVOR DE ACLARAR	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
56	20	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	APENDICE T27	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR UNICAMENTE LOS BIENES A OFERTAR, YA QUE EN DICHO APENDICE SE ENLISTAN 154 BIEN DE CONSUMO BÁSICO, ASI COMO 199 BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC). FAVOR DE RECTIFICAR	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
57	21	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	APENDICE T28	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR UNICAMENTE LOS BIENES A OFERTAR, YA QUE EN DICHO APENDICE SE ENLISTAN 154 BIEN DE CONSUMO BÁSICO, ASI COMO 199 BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO (BCC). FAVOR DE RECTIFICAR	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
58	22	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	WORD ANEXO TECNICO	EN EL NUMERAL 4. EQUIPO MÉDICO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE LA ENTREGA, INSTALACION DEBE REALIZARSE EN 15 DIAS NATURALES A EMISION DEL FALLO ¿ES CORRECTO?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
59	23	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	WORD ANEXO TECNICO	EN EL PUNTO 4.1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN, DICE APENDICE T7 DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ESTE SERA ENTREGADO AL MOMENTO DE LA PUESTA DE EQUIPOS. FAVOR DE ACLARAR	SI SERÁ ENTREGADO AL MOMENTO DE LA PUESTA DE EQUIPOS.
60	24	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	WORD ANEXO TECNICO	EN EL PUNTO 6.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE LA PRIMERA ENTREGA DEBE SER APARTIR DEL DIA 50 NATURAL POSTERIOR AL FALLO ¿ES CORRECTO ?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
61	1	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T2. CATALOGO EQUIPO MEDICO DEL SMI PARA HERI 2024	APENDICE T2. EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HERI SE MENCIONA: 16 UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA PARA TERMOFUSIÓN DE VASOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL EQUIPO MENCIONADO SE DEBE ELIMAR, YA QUE LOS CONSUMIBLES CON LOS QUE ES COMPATIBLE, NO FORMAN PARTE DEL APENDICE T1, EN LOS MINIMOS Y MAXIMOS DE BIENES DE CONSUMOS COMPLEMENTARIOS, PARTIDAS ESPECIALES" ¿ES CORRECTO?	SE RATIFICA, SI ES REQUERIDO EL EQUIPO MENCIONADO. X



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
62	2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T2. CATALOGO EQUIPO MEDICO DEL SMI PARA HERI 2024	<p>APÉNDICE T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI SE MENCIONA: 18 CONSOLA DE ROTOABLACIÓN. COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS (CATÉTER DE ATERCOTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA.)</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA ELIMINAR EL EQUIPO MENCIONADO, DEBIDO A QUE EL CONSUMIBLE CON EL QUE ES COMPATIBLE NO SE SOLICITA EN "APÉNDICE T1, EN LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE BIENES DE CONSUMOS COMPLEMENTARIOS, PARTIDAS ESPECIALES" ¿ES CORRECTO?</p> <p>APÉNDICE T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI EQUIPO: 2 EQUIPO PARA TOMOGRAFIA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT). INTRAVASCULAR</p>	SE RATIFICA, SI ES REQUERIDO EL EQUIPO MENCIONADO.
63	3	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T2. CATALOGO EQUIPO MEDICO DEL SMI PARA HERI 2024	<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTE EQUIPO, YA QUE EL EQUIPO ES EXCLUSIVO DEL FABRICANTE ST. JUDE MEDICAL Y SE ENCUENTRA INHABILITADO POR UN TIEMPO DE DOCE MESES. POR LO QUE SE VUELVE UN REQUERIMIENTO IMPOSIBLE DE CUMPLIR ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, EL EQUIPO ES REQUERIDO, PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LO REQUERIDO EN EL APÉNDICE T2
64	4	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T2. CATALOGO EQUIPO MEDICO DEL SMI PARA HERI 2024	<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL NÚMERO DE JUEGOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ MISMO NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERARLA DENTRO DE LA PROPUESTA. (COLLARIN, CHALECO-FALDA) ¿ES CORRECTO?</p>	LA CANTIDAD DE JUEGOS DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO SON 5, DEBIENDO CONSIDERARLO TODOS LOS LICITANTES PARA SU PROPUESTA
65	5	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI	<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ÚNICAMENTE SE EVALUARÁN TÉCNICAMENTE LOS EQUIPOS QUE SON SOLICITADOS CON CANTIDAD EN EL APÉNDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
66	6	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI	APÉNDICE T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI SE MENCIONA: 7 EQUIPO PARA MAPEO TRIDIMENSIONAL PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA ELIMINAR EL EQUIPO PARA MAPEO TRIDIMENSIONAL, YA QUE EN EL REQUERIMIENTO NO SE SOLICITA EL PROCEDIMIENTO "PROCEDIMIENTO DE ELECTROFIOLOGÍA CON MAPEO TRIDIMENSIONAL", EN EL APÉNDICE T1. ¿SE ACEPTA? SE MENCIONA: 3 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SERA NECESARIO OFERTAR EL EQUIPO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO, DEBIDO A QUE LA UNIDAD YA CUENTA CON UNO EN EXISTENCIA, ASI MISMO NOS CONFIRME MARCA Y MODELO DEL INYECTOR EXISTENTE. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, EL EQUIPO ES REQUERIDO, PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO DE SIMILARES CARACTERISTICAS, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LO REQUERIDO EN EL APÉNDICE T2
67	7	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI	APÉNDICE T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI SE MENCIONA: 17 CONSOLA DE CRIOABLACIÓN. COMPATIBLE CON CATETERES OFERTADOS PARA CRIOABLACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA ELIMINAR EL EQUIPO MENCIONADO, DEBIDO A QUE EL CONSUMIBLE CON EL QUE ES COMPATIBLE NO SE SOLICITA EN "APÉNDICE T1, EN LOS MINIMOS Y MAXIMOS DE BIENES DE CONSUMOS COMPLEMENTARIOS, PARTIDAS ESPECIALES". ¿ES CORRECTO?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA.
68	8	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI 2024	APÉNDICE T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI SE MENCIONA: 17 CONSOLA DE CRIOABLACIÓN. COMPATIBLE CON CATETERES OFERTADOS PARA CRIOABLACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA ELIMINAR EL EQUIPO MENCIONADO, DEBIDO A QUE EL CONSUMIBLE CON EL QUE ES COMPATIBLE NO SE SOLICITA EN "APÉNDICE T1, EN LOS MINIMOS Y MAXIMOS DE BIENES DE CONSUMOS COMPLEMENTARIOS, PARTIDAS ESPECIALES". ¿ES CORRECTO?	LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN EL APÉNDICE T2 CATALOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI 2024, ES ÚNICAMENTE LA DESCRIPCIÓN; LOS EQUIPOS REQUERIDOS SON LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL APÉNDICE T1 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
69	9	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI 2024	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINEN LOS EQUIPOS "8 GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN", "9 BOMBA DE IRRIGACIÓN", "13 ESTIMULADOR CARDIACO" YA QUE ESTOS EQUIPOS SON COMPATIBLES CON EL PROCEDIMIENTO "PROCEDIMIENTO DE ELECTROFISIOLÓGIA PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA" EL CUAL NO FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL APÉNDICE T1. ¿SE ACEPTA? APÉNDICE T2. EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HERI SE MENCIONA: 15 EQUIPO DE GUIA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL EQUIPO MENCIONADO SE DEBE ELIMINAR, YA QUE EL CONSUMIBLE CON LOS QUE ES COMPATIBLE, NO FORMAN PARTE DEL APÉNDICE T1, EN LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE BIENES DE CONSUMOS COMPLEMENTARIOS, PARTIDAS ESPECIALES" ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, YA QUE LOS EQUIPOS SI SON REQUERIDOS
70	10	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI 2024	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINEN LOS EQUIPOS "8 GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN", "9 BOMBA DE IRRIGACIÓN", "13 ESTIMULADOR CARDIACO" YA QUE ESTOS EQUIPOS SON COMPATIBLES CON EL PROCEDIMIENTO "PROCEDIMIENTO DE ELECTROFISIOLÓGIA PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA" EL CUAL NO FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL APÉNDICE T1. ¿SE ACEPTA? APÉNDICE T2. EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HERI SE MENCIONA: 15 EQUIPO DE GUIA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL EQUIPO MENCIONADO SE DEBE ELIMINAR, YA QUE EL CONSUMIBLE CON LOS QUE ES COMPATIBLE, NO FORMAN PARTE DEL APÉNDICE T1, EN LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE BIENES DE CONSUMOS COMPLEMENTARIOS, PARTIDAS ESPECIALES" ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EL EQUIPO SI ES REQUERIDO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
71	11	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.001 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO ADULTO FEMORAL. 60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL. 60.01.008 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL. 60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP). 60.01.028 PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN DE FILTRO DE VENA CAVA. 60.01.029 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO.</p> <p>SE MENCIONA: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA; O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260 ESTÉRIL Y DESECHABLE, DEBIDO A QUE LA GUÍA SOLICITADA SOLO SE FABRICA EN MEDIDA DE 150 Y 260 CM. ¿SE ACEPTA ?</p>	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
72	12	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.003 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO POR TÉCNICA RADIAL (ADULTO O PEDIÁTRICO).</p> <p>SE MENCIONA: BCBI15 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE: 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032" CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 7 FR. CON GUÍA VASCULAREN UN RANGO DE 0.021 A 0.032" YA QUE EL PROCEDIMIENTO ES RADIAL Y SE GENERA UNA MENOR RESISTENCIA CON ESTE RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, AYUDANDO AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2024 Felipe Carrillo PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050CYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
73	13	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.003 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO POR TÉCNICA RADIAL (ADULTO O PEDIÁTRICO).</p> <p>SE MENCIONA: BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "j" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN A OFERTAR ES: CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "j" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA EN UN RANGO DE 0.035" A 0.038" LONGITUD DE 150CM Y 260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE.</p> <p>YA QUE LA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" O 0.038" LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO; SE ENCUENTRA EN EL APARTADO BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ESTO CON EL FIN DE NO ENCARECER INECESARIAMENTE EL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA ?</p>	NO SE ACEPTA

Handwritten signature

Handwritten signature





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
74	14	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	<p>APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI</p>	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.004 PROCEDIMIENTO DE ACTP (ANGIOPLASTIA) CON BALÓN.</p> <p>60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL.</p> <p>SE MENCIONA: BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.2 A 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	NO SE ACEPTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
75	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.004 PROCEDIMIENTO DE ACTP (ANGIOPLASTIA) CON BALÓN. 60.01.008 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL.</p> <p>SE MENCIONA: BCBI24 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 8.7 A 9.4 CM; DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT)</p> <p>60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL</p> <p>SE MENCIONA: BCBI23 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 7 A 9.4 CM; DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT)</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR EN CATALOGO: INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLA CON EL 80% DE REGISTRO SANITARIO PARA LOS EQUIPOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.
76	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL. SE MENCIONA: BCBI22 INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. LONGITUD. 7 A 11 CM CALIBRE. 4, 5, 6 . CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, 0.018 A 0.025</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD EN UN RANGO DE 10 A 25 CM; CALIBRE EN UN</p>	NO SE ACEPTA

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
77	17	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	<p>RANGO DE 4 A 7 . CON GUÍA VASCULAR EN UN RANGO DE 0.018 A 0.025, CON LA FINALIDAD DE OBTENER MAYOR NUMERO DE MEDIDAS DISPONIBLES ¿SE ACEPTA ?</p> <p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP).</p> <p>SE MENCIONA: BCB52 CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPOSITO CALIBRE, 5F Y 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPOSITO CALIBRE EN UN RANGO DE 5F A 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL DE 5 Y 6 FR RECTO Y ANGULADO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON MÁS CURVAS. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.029 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO. 60.01.042 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE PCA CON OCLUSOR</p>	SE ACEPTA
78	18	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	<p>SE MENCIONA: BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038".</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR : AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD EN UN RANGO DE 4 A 7 CM CALIBRE EN UN RANGO DE 18 G A 21G PARA GUÍA EN UN RANGO DE 0.018" A 0.038". ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
79	19	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.029 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO.</p> <p>SE MENCIONA: BCB112 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM CALIBRE: 4, 5, 6, 7 U 8 FR.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 A 25 CM CALIBRE: 4, 5, 6, 7 U 8 FR. SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA
80	20	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.029 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO.</p> <p>SE MENCIONA: BCB42 CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPOSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPOSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS. CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA MAYOR CANTIDAD DE CURVAS NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: CATÉTER PARA CATERIZACIÓN DE ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SIMMONS, MULTIPROPOSITO, JB2, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPOSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1,</p>	SE ACEPTA

2024

 Felipe Carrillo
 PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
81	21	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	<p>JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA HI, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PICTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 6 FR. ¿SE ACEPTA?</p> <p>EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.808 BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN DE 30, 40 O 50CC (INCLUYE EQUIPO)</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA BOMBA DE CONTRAPULSACIÓN DEBERA SER AGREGADO AL "APÉNDICE T2 EQUIPO SMI PARA HERI" DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL APÉNDICE MENCIONADO.</p> <p>EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUÍA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL EN UN RANGO DE 120 CM</p>	SE AGREGA. QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
82	22	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUÍA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL EN UN RANGO DE 120 A 150 CM DEBIDO A QUE NO EXISTE SOLO LA LONGITUD DE 120 CM "¿SE ACEPTA?"</p>	SE ACEPTA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
83	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC. SE MENCIONA: 60.01.920 MANTAS PARA CALENTAMIENTO PRE, PER Y TRANS OPERATORIO (DIFERENTES DISEÑOS Y TAMAÑOS O DE ACCESO MULTIPLE). (NO REQUIERE REFERENCIACIÓN). PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MANTAS PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIO PARA LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO Y MANTAS PARA POST OPERATORIO DE ACCESO MULTIPLE. Y CONFIRME LA UNIDAD DE CALENTAMIENTO DEBERA SER AGREGADO AL "APÉNDICE T2 EQUIPO SMI PARA HERI" DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL APÉNDICE MENCIONADO.	NO SE ACEPTA	
84	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.1057 KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED ULTRADELGADA LONGITUS OPCIONAL DE 10 Ó 16 O 25CM DE 5 A 7FR	NO SE ACEPTA	
85	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.806 BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD O BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LA SEGUNDA DESCRIPCIÓN: "60.01.806 BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM."	NO SE ACEPTA.	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
86	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.859 COLCHÓN TÉRMICO PARA PACIENTE NEONATO, LACTANTE Y PEDIÁTRICO. (NO REQUIERE REFERENCIACIÓN). PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 60.01.859 SABANA TÉRMICA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA	
87	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 150CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "60.01.886 CATÉTER DE ASPIRACIÓN DE TROMBOS DE LOS VASOS DEL SISTEMA ARTERIAL." ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE NO ES ESPECÍFICO EN LAS MEDIDAS OFERTADAS.	
88	VITALEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.901 INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 7 Ó 10 Ó 11 Ó 16 O 25CM CALIBRE. 4, 5, 6 . CON GUIA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO Ó SEMIHIDROFÍLICO, 0.018 A 0.025. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 60.01.901 INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 7 Ó 10 Ó 11 Ó 16 O 25CM CALIBRE EN UN RANGO DE. 4 A 6 . CON GUIA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO Ó SEMIHIDROFÍLICO, EN UN	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
89	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI		<p>RANGO DE 0.018 A 0.025. ¿SE ACEPTA?</p> <p>EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.921 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 300 A 370 MG/ML, IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD, IOXAGLATO DE SODIO Y MEGLUMINA, CONCENTRACIÓN 320MG/ML, PRESENTACIÓN 100ML.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.921 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 300 A 370 MG/ML, IOVERSOL Ó, IOPAMIDOL Ó, IOHEXOL Ó, IOPROMIDA Ó, LOBITRIDOL, Ó FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD, IOXAGLATO DE SODIO Y MEGLUMINA, CONCENTRACIÓN 320MG/ML, PRESENTACIÓN 100ML. ¿SE ACEPTA?</p> <p>EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.959 STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PTFE O EPTFE O STENT PREMONTADO EN BALON CUBIERTO DE PTFE. O STENT AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PET.(USO CORONARIO).</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA INDICACIÓN DEL STENT SOLICITADO ES DE USO CORONARIO POR LO QUE SUGERIMOS LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN " STENT PREMONTADO EN BALON CUBIERTO DE EPTFE. (USO CORONARIO)." ¿ES CORRECTO?</p>	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
90	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI		<p>EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.959 STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PTFE O EPTFE O STENT PREMONTADO EN BALON CUBIERTO DE PTFE. O STENT AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PET.(USO CORONARIO).</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA INDICACIÓN DEL STENT SOLICITADO ES DE USO CORONARIO POR LO QUE SUGERIMOS LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN " STENT PREMONTADO EN BALON CUBIERTO DE EPTFE. (USO CORONARIO)." ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Just





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
91	31	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	<p>EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035";0.014";, 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL).</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTOEXPANDIBLE Y EXPANDIBLES CON BALON, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014" Ó 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL), O STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL), ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
92	32	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	<p>EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMI COMPLACIENTE, DE 1.20 A 4.5 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA. APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO



2024 Felipe Carrillo PUERTO



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
93	33	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APÉNDICE TI. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE COMPLEM ESPEC SE MENCIONA: 60.01.876 ELECTRODO MARCAPASO CON GLOBO DISTAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTA DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO, YA QUE ES EXCLUSIVA DEL FABRICANTE ST JUDE MEDICAL QUIEN SE ENCUENTRA INHABILITADO POR UN PERIODO DE 12 MESES Y SE VUELVE UN REQUERIMIENTO IMPOSIBLE DE CUMPLIR. ¿SE ACEPTA? DENTRO DE LA CONVOCATORIA SE MENCIONA EL SIGUIENTE PARRAFO: DANDO COBERTURA A LOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO Y NOCTURNO, DE LUNES A DOMINGO, DE 7:30 A 14:00 Y DE 14:00 A 20:00 HRS. CONFORME A LA PROGRAMACIÓN Y NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS INSTITUCIONALES, PARA QUE ASISTAN LOGÍSTICAMENTE AL PERSONAL DEL INSTITUTO EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS, CONFORME A LAS ACTIVIDADES DE ESTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA SIGUIENTE TABLA: 81.	NO SE ACEPTA, EL CONSUMIBLE ES REQUERIDO, PODRÁ OFERTAR UN CONSUMIBLE DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LO REQUERIDO EN EL APÉNDICE TI Y T4 DE LA CONVOCATORIA.
94	34	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA SMI HERI 8 ASISTENCIA TÉCNICA. TABLA 81:	Y EN LA TABLA 81, SE MENCIONA QUE SE DEBEN CUBRIR 1 TURNO MATUTINO Y 1 TURNO VESPERTINO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA INFORMACIÓN CORRECTA A CONSIDERAR ES LA DE LA TABLA 81 EN DONDE SE DEBE CUBRIR 1 TURO MATUTINO Y 1 TURNO VESPERTINO, Y QUE CON LA CONTRATACIÓN DE 2 TÉCNICOS SE CUMPLE ESTA SOLICITUD. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
95	35	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA SMI HERI	<p>PUNTO 1.1. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPANEN</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES EN EL IDIOMA ORIGINAL, Y EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN LO OFERTADO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SE MENCIONA: LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO, ASÍ COMO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO, EN LAS OOAD/ UMAE, CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL APÉNDICE TI. "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL DEL SMI PARA HERI".</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL TIEMPO MENCIONADO Y NOS OTORQUE 30 DÍAS PARA LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS, YA QUE LOS EQUIPOS NUEVOS LLEVAN UN TIEMPO MAYOR DE ENTREGA POR PARTE DE LOS FABRICANTES. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA
96	36	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA SMI HERI 4. EQUIPO MÉDICO.	<p>SE MENCIONA: LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO, ASÍ COMO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO, EN LAS OOAD/ UMAE, CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL APÉNDICE TI. "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL DEL SMI PARA HERI".</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL TIEMPO MENCIONADO Y NOS OTORQUE 30 DÍAS PARA LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS, YA QUE LOS EQUIPOS NUEVOS LLEVAN UN TIEMPO MAYOR DE ENTREGA POR PARTE DE LOS FABRICANTES. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
97	37	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA T. VICENCIA DE LA CONTRATACIÓN B) PLAZO DE LA ENTREGA DEL BIEN:	SE MENCIONA: SE CONTARÁ CON UN PLAZO MÁXIMO DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE DE LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO QUE DEBERÁN ENTREGARSE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA CONVOCATORIA. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL TIEMPO MENCIONADO Y NOS OTORGE 30 DÍAS NATURALES PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, QUE DEBERÁN ENTREGARSE, YA QUE LOS EQUIPOS NUEVOS LLEVAN UN TIEMPO MAYOR DE ENTREGA POR PARTE DE LOS FABRICANTES. ¿SE ACEPTA? EN EL ENCABEZADO SE MENCIONA: DEBERÁ ENVIARSE EN EXCEL EDITABLE Y PDF (SIN AGREGAR COLUMNAS, LLENANDO TODAS LAS CASILLAS, OCUPANDO UNA SOLA FILA POR CARACTERÍSTICA, EQUIPO, BIEN DE CONSUMO BÁSICO O COMPLEMENTARIO.	NO SE ACEPTA.
98	38	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA SMI HERI APÉNDICE T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOC	PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA AGREGAR FILAS Y COLUMNAS EN EL FORMATO T21 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL, DEBIDO A QUE HAY DESCRIPCIONES QUE SE COMPONEN DE DOS O MÁS CÓDIGOS, Y EL CONSIDERAR SOLO UNA FILA POR DESCRIPCIÓN HARÍA QUE LA REVISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE RESULTARA CONFUSA. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE EL APÉNDICE T4, BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI 2024, ES EL ARCHIVO CON EL QUE SE EVALUARÁN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE LO QUE SE ENCUENTRA EN EL APÉNDICE T1 REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI CON CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS	NO SE ACEPTA
99	39	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA SMI HERI APÉNDICE T1. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA	



2024 Felipe Carrillo PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
100	40	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	APENDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	DE LA PESTAÑA PROCEDIMIENTO Y LA PESTAÑA COMPLEMENTARIOS DE PARTIDAS GENERALES SE MENCIONA: 60.01.021 PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE ELECTROFISIOLOGÍA. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERÁ ELIMINAR EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE ELECTROFISIOLOGÍA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, YA QUE EL EQUIPO POLÍGRAFO DE ELECTROFISIOLOGÍA NO ES SOLICITADO DENTRO DEL APENDICE T11 EN LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DENTRO DE LAS PRESENTES BASES. ¿ES CORRECTO?	NO SE VA A REQUERIR DE ACUERDO AL APENDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI
101	41	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA, 10.1 PENAS CONVENCIONALES	DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 53 DE LA LAASSP; Y, NUMERAL 5.5.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (POBALINES), ES CORRECTO ENTENDER QUE EL INSTITUTO APLICARÁ UNA PENAL CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, POR EL EQUIVALENTE AL 1.0 % (UNO POR CIENTO), SIN EXCEDER UN MÁXIMO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE, SIN INCLUIR EL IVA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
102	42	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA, 4.3 DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO, 4.3.2., 6.1.2 BCB, 6.2.2 BCC	LO DESCRITO EN EL PUNTO 4.3.2 ÚNICAMENTE SE DEBERÁN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE EN CASO DE SER EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, Y, EL MANIFIESTO QUE SE SOLICITA ES EL ÚNICO QUE DEBERÁ IR EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES CORRECTA	ES CORRECTO



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
103	43	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA 4.3.3., 4.1	NUESTRA APRECIACIÓN? ES CORRECTO ENTENDER QUE, EL APENDICE T16 "RELACION DE MARCAS, MODELO Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MEDICO Y BIENES DE CONSUMO", Y EL APENDICE T17 "DESIGNACION DE SUPERVISOR EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO" SE ENTREGARAN EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? EN CASO DE ALGUN EQUIPO MEDICO, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS, NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO, POREMOS PRESENTAR LA CARTA DE LA COFEPRIS INDICANDO QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO O BIEN PRESENTAREMOS EL LISTADO DE INSUMOS PARA SALUD CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE SE SEÑALE QUE EL INSUMO NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO DEBIDAMENTE REFERENCIADO, ¿ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ES CORRECTO
104	44	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA, 4.3.1 EQUIPO, 6.1.1 BCB, 6.2.1 BCC	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE ESTOS NUMERALES SON LOS QUE COMPRENDEN LA EVALUACION DE PUNTOS Y PORCENTAJES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? SOLICITAMOS POR FAVOR NOS INDIQUE ¿CUÁL ES EL DETALLE DE ACTIVIDADES Y LOS TURNOS QUE DEBEN CUBRIR LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS, ASÍ COMO CONOCER SI SE HARAN CARGO DE LA TOTALIDAD DEL SERVICIO O EN QUÉ PORCENTAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS ATENDERÍAN?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
105	45	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.11 AL 4.2.22		SE REQUIERE EL CUMPLIMNETO DE LOS DIFERENTES PUNTOS EN EL NUMERAL 4.2 DE TERMINOS Y CONDICIONES
106	46	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CONVOCATORIA, 16. EVAL. DE LAS PROP. RUBRO A) CAP. DEL LICITANTE, CAP. DE R. H.		SE INCLUYE EN EL ANEXO TÉCNICO, TERMINOS Y CONDICIONES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
107	1	WACHUMAS DE RL DE CV	63 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA OPINION VIGENTE SEGURIDA SOCIAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EMISION DE UN DIA ANTERIOR A EL EVENTO DE APERTURA, ¿SE ACEPTA?	CON REFERENCIA AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250/423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. PARA TALES EFECTOS, EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE

A continuación y una vez que se revisaron las preguntas y se dio respuesta a las mismas, estas se envían mediante el sistema electrónico de compras Gubernamentales (COMPRANET) a los licitantes registrados para este acto, a fin de que proceda a conocer las mismas, con fundamento en el artículo 46 Fracción II del reglamento de la Ley.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 46 Fracción I, del Reglamento de la Ley, se informa a los licitantes que se suspende la sesión para reanudarse el próximo jueves 11 de abril de 2024, a las 14:00 hrs; lo anterior debido a



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

la cantidad de solicitudes de aclaración recibidas y las respuestas realizadas por esta convocante, a efecto de no limitar la libre participación y que los licitantes cuenten con el tiempo suficiente para realizar las repreguntas que estimen pertinentes.

MANIFESTANDO A LOS LICITANTES QUE TIENEN HASTA A LAS 14:00 HRS DEL 11 DE ABRIL DE 2024 PARA QUE PUEDAN FORMULAR LAS REPREGUNTAS QUE CONSIDEREN, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES GENERALES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.

Siendo las 14:00 horas, del 11 de abril de 2024, se reanuda la Junta de Aclaraciones del Procedimiento al rubro citado, dejándose asentado que una vez cumplido el plazo establecido para la recepción de preguntas en relación con las respuestas emitidas, fue consultada la Plataforma Integral CompraNet, donde se pudo constatar que los licitantes manifestaron tener otros cuestionamientos, los cuales se indican a continuación:

LICITANTE: SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	1	CONSECUTIVO DE PREGUNTA 27, EN LA PREGUNTA 27, PÁGINA 12, SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO, SA DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL ELIMINAR: CLAVE: 60.01.876. DONDE SE SOLICITA "ELECTRODO MARCAPASO CON GLOBO DISTAL" SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR DADO QUE EL INSUMO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ES DISTRIBUIDO POR UN UNICO PROVEEDOR EN EL PAIS POR LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL, SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024 Y LA FECHA HA COMUNICADO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO A SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y QUE SE DEBERÁ ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUUESTAS O CEBERAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPOSITA PERSONA. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR EL INSUMO OFERTADO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE LA CLAVE 60.01.876.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
2	2	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 28, NO. DE PREGUNTA LICITANTE 28, SUMINISTROS MEDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE PODRÁN OFERTAR INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS DONDE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SEA LA EMPRESA SJ MEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DADO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024. EN EL QUE INDICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, ENTES PÚBLICOS, DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DEBERÁN DE ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPÓSITA PERSONA, YA QUE AL ACEPTAR ESTOS INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS ESTARÍA HACIENDO CASO OMISO A LA FUNCION PÚBLICA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE SI HAY OTRAS MARCAS DE ESTE INSUMO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE PODRÁ OFERTAR BIENES, CONSUMIBLES O EQUIPOS DE LA EMPRESA REFERENCIADAS
3	3	CONSECUTIVO DE PREGUNTA 31, EN LA PREGUNTA 31, PÁGINA 13. SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONCIDERE EL ELIMINAR: CLAVE: 60.01.903. DONDE SE SOLICITA: INTRODUCTOR LARGO DEFLECTABLE 8 Y 8.5 FR. INTERNO, DIVERSAS CURVAS, 63 A 71 CM. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR DADO QUE EL INSUMO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ES DISTRIBUIDO POR UN UNICO PROVEDOR EN EL PAIS POR LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024 Y A LA FECHA HA COMUNICADO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO A SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y QUE SE DEBERÁ ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPÓSITA PERSONA. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR EL INSUMO OFERTADO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE LA CLAVE 60.01.903.
4	4	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 38, NO. DE PREGUNTA LICITANTE 2, TECNOLOGIA MEDICA DIART S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EN UN SOLO ARCHIVO TODOS LOS CATALOGOS, EN OTRO ARCHIVO TODOS LOS REGISTROS SANITARIOS Y EN OTRO ARCHIVO TODOS LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, CON EL FIN DE FACILITAR LA REVISIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
5	5	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 42, PREGUNTA NO. 6 DEL LICITANTE TECNOLOGÍA MÉDICA DIART	QUEDA CLARO LA RECTIFICACIÓN DE LA PONDERACIÓN PARA LOS CONTRATOS, SIN EMBARGO EN EL NUMERAL 4.2.18 DEL ANEXO "TERMINOS Y CONDICIONES", MENCIONA QUE LA ESPECIALIDAD DEBERÁ SER MÍNIMA DE 1 CONTRATO Y MÁXIMA DE 5 CONTRATOS. EN ESTE ENTENDIDO, ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación QUE, EL TOPE DE CONTRATOS PARA EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO, SERÁ DE MÁXIMO 5 CONTRATOS Y MÍNIMO 1?	ES CORRECTA SU Apreciación
6	6	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 52, NO. DE PREGUNTA LICITANTE 16, TECNOLOGIA MEDICA DIART S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE PODRÁN OFERTAR INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS DONDE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SEA LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. DADO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024, EN EL QUE INDICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, ENTES PÚBLICOS, DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DEBERÁN DE ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPÓSITA PERSONA, YA QUE AL ACEPTAR ESTOS INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS ESTARIA HACIENDO CASO OMISO A LA FUNCION PUBLICA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE SI HAY OTRAS MARCAS DE ESTE INSUMO ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	NO SE ACEPTARÁN PROPUESAS CON REGISTROS SANITARIOS CON PROVEEDORES QUE ESTEN INHABILITADOS

[Handwritten signature]



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
7	7	CONSECUTIVO DE PREGUNTA 63, PREGUNTA 3. VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV. PAGINA 19	SOLICITO AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, DISPOSITIVO DE IMÁGENES INTRAVASCULARES DE MODALIDAD DUAL CON LA CAPACIDAD DE EVALUAR LA ESTRUCTURA DE LOS VASOS Y LA COMPOSICIÓN DE LA PLACA MEDIANTE IMÁGENES IVUS Y ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO CERCANO (NIRS), ASÍ COMO TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN DE PLACA DE NÚCLEO LIPÍDICO, PARA CARACTERIZAR LA PLACA. DADO QUE EL INSUMO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE ES DISTRIBUIDO POR UN ÚNICO PROVEEDOR EN EL PAÍS POR LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024 Y A LA FECHA HA COMUNICADO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO A SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORA Y QUE SE DEBERÁ ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPOSITA PERSONA. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA? ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR EL EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
8	8	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 63, NO. DE PREGUNTA LICITANTE 3, VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE PODRÁN OFERTAR INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS DONDE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SEA LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. DADO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024, EN EL QUE INDICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, ENTES PÚBLICOS, DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DEBERÁN DE ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPOSITA PERSONA, YA QUE AL ACEPTAR ESTOS INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS ESTARÍA HACIENDO CASO OMISO A LA FUNCION PÚBLICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE PROVEEDORES QUE ESTEN INHABILITADOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
9	9	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 66, NO. DE PREGUNTA LICITANTE 6, VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE PODRÁN OFERTAR INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS DONDE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SEA LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. DADO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024, EN EL QUE INDICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, ENTES PÚBLICOS, DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DEBERÁN DE ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPÓSITA PERSONA, YA QUE AL ACEPTAR ESTOS INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS ESTARÍA HACIENDO CASO OMISO A LA FUNCIÓN PÚBLICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE PROVEEDORES QUE ESTEN INHABILITADOS
10	10	CONSECUTIVO DE PREGUNTA 68, PREGUNTA 8, VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV. PAGINA 20	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONCIBER EL ELIMINAR: 17 CONSOLA DE CRIOBLOACION, COMPATIBLE CON CATETER OFERTADOS. DEBIDO A QUE NO ESTÁN SOLICITANDO LOS CONSUMIBLES DE DICHO EQUIPO.	SE RATIFICA CONSIDERAR LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN EL APENDICE TI DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI
11	11	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 69, NO. DE PREGUNTA LICITANTE 9, VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE PODRÁN OFERTAR INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS DONDE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SEA LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. DADO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024, EN EL QUE INDICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, ENTES PÚBLICOS, DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DEBERÁN DE ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPÓSITA PERSONA, YA QUE AL ACEPTAR ESTOS INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS ESTARÍA HACIENDO CASO OMISO A LA FUNCIÓN PÚBLICA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE PROVEEDORES QUE ESTEN INHABILITADOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
12	12	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 70, NO. DE PREGUNTA LICITANTE 10, VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE PODRÁN OFERTAR INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS DONDE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SEA LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. DADO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024, EN EL QUE INDICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, ENTES PÚBLICOS, DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DEBERÁN DE ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPÓSITA PERSONA, YA QUE AL ACEPTAR ESTOS INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS ESTARÍA HACIENDO CASO OMISO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE SI HAY OTRAS MARCAS DE ESTE INSUMO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE PROVEEDORES QUE ESTEN INHABILITADOS
13	13	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 77, NO. DE PREGUNTA LICITANTE 17, VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL PROCEDIMIENTO 60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP) NO SE PODRÁN OFERTAR INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS DONDE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SEA LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. DADO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024, EN EL QUE INDICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, ENTES PÚBLICOS, DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DEBERÁN DE ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPÓSITA PERSONA, YA QUE AL ACEPTAR ESTOS INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS ESTARÍA HACIENDO CASO OMISO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE SI HAY OTRAS MARCAS DE ESTE INSUMO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁ OFERTAR EL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE LA CLAVE 60.01.011



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
14	14	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 78, NO. DE PREGUNTA LICITANTE 18, VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL PROCEDIMIENTO 60.01.042 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE PCA CON OCLUSOR NO SE PODRÁN OFERTAR INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS DONDE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO SEA LA EMPRESA S3 MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. DADO QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024, EN EL QUE INDICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, ENTES PÚBLICOS, DE UNAS Y OTROS, ASÍ COMO LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE DEBERÁN DE ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON DICHA PERSONA MORAL, DE MANERA DIRECTA O POR INTERPÓSITA PERSONA, YA QUE AL ACEPTAR ESTOS INSUMOS, PRODUCTOS O EQUIPOS ESTARÍA HACIENDO CASO OMISO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE SI HAY OTRAS MARCAS DE ESTE INSUMO ¿ES CORRECTA NUESTRA APELACIÓN?	PODRÁ OFERTAR EL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE LA CLAVE 60.01.042
15	15	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 105, PREGUNTA NO. 45 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS NUMERALES 4.21 AL 4.22 IRÁN CARGADOS EN EL PARÁMETRO NÚMERO 18 LEGAL-ADMINISTRATIVO DE LA PLATAFORMA COMPRANET?	SE HABILITA EN EL APARTADO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, DEL SISTEMA COMPRANET
16	16	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 105, PREGUNTA NO. 45 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL	EN EL PARÁMETRO NÚMERO 16 LEGAL-ADMINISTRATIVO DE LA PLATAFORMA COMPRANET, MENCIONA QUE SE DEBERÁ ENTREGAR "COPIA SIMPLE Y LEGIBLE DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 2 CONTENIDOS EN EL ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA." DICHO NUMERAL 2, SE TRATA DE "2. LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO" POR LO QUE NO ES CLARO QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTE NUMERAL	SE ACTUALIZA EN EL APARTADO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
17	17	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 105, PREGUNTA NO. 45 DEL LICITANTE VITALEX INTERNACIONAL	EN EL PARÁMETRO NÚMERO 17 LEGAL-ADMINISTRATIVO DE LA PLATAFORMA COMPRANET, MENCIONA QUE SE DEBERÁ ENTREGAR "COPIA SIMPLE Y LEGIBLE DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3 Y CONTENIDOS EN EL ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA." DICHO NUMERAL 2, SE TRATA DE "3. TIPO DE ABASTECIMIENTO" POR LO QUE NO ES CLARO QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTE NUMERAL	SE ACTUALIZA EN EL APARTADO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL

LICITANTE: SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
18	1	PREGUNTA 5, SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SOLICITO A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE NO PRESENTARÉ EQUIPOS USADOS POR LO TANTO NO APLICA PARA MI REPRESENTADA, PERO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO NO PRESENTARLAR ¿SE ACEPTA COLOCAR NO APLICA A DICHA CARTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE AL NUMERAL DE CONVOCATORIA 4.2.8 CARTA DE FACTURA DE EQUIPOS USADOS. ES CORRECTA U APRECIACIÓN, NO OBSTANTE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR OPINIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA FISCAL A MÁS TARDAR A LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 7.3 DE LA CONVOCATORIA, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR POSITIVAS Y VIGENTES
19	2	PREGUNTA 2, SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE PUEDO PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, FECHADA HASTA CON 15 DIAS NATURALES PREVIOS AL DÍA DEL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
20	3	PREGUNTA 3, SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE PUEDEMOS PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT, FECHADA HASTA CON 15 DÍAS NATURALES PREVIOS AL DÍA DEL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA U APRECIACIÓN, NO OBSTANTE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR OPINIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA FISCAL A MÁS TARDAR A LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 7.3 DE LA CONVOCATORIA, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR POSITIVAS Y VIGENTES
21	4	PREGUNTA 4, SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE PUEDO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL SIN ADEUDOS ANTE EL INFONAVIT, FECHADA HASTA CON 15 DÍAS NATURALES PREVIOS AL DÍA DEL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA U APRECIACIÓN, NO OBSTANTE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR OPINIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA FISCAL A MÁS TARDAR A LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 7.3 DE LA CONVOCATORIA, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR POSITIVAS Y VIGENTES



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
22	5	PREGUNTA 20, SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SOLICITO NOS INDIQUE EL NOMBRE DEL EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, TODA VEZ QUE EL APENDICE T11 MENCIONA 15 EQUIPOS	APEGARSE A LOS EQUIPOS Y CANTIDADES SOLICITADOS EN EL APENDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI
23	6	PREGUNTA 20, SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SOLICITO NOS INDIQUE EL NUMERO Y NOMBRE DEL EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, TODA VEZ QUE EL APENDICE T11 MENCIONA 15 EQUIPOS	APEGARSE A LOS EQUIPOS Y CANTIDADES SOLICITADOS EN EL APENDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO A SMI PARA HERI
24	7	PREGUNTA 20, SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SOLICITO NOS INDIQUE EL NUMERO Y NOMBRE DEL EQUIPO QUE SE REQUIERE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD.	APEGARSE A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA EN EL PUNTO 4.3 DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO DEL ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES
25	8	PREGUNTA 64 VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS NOS CONFIRME QUE NO SERA NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE LOS JUEGOS DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SOLO CONSIDERARLOS EN EL COSTO DE MI PROPUESTA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN.

[Handwritten signature]





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

LICITANTE: TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
26	1	CONSECUTIVO 38 TECNOLOGIA MEDICA DIART	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECTIFICAR SU RESPUESTA, SE SOLICITA A LA H CONVOCANTE NOS PERMITIR PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS CON MARCA DE AGUA DE OTRA LICITACION, NO SIENDO CAUSAL DE DESECHAMIENTO Y NO SERAN OBJETO DE EVALUACION LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE QUE TENGAN COMO PROPOSITO FACILITAR LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y AGILIZAR LOS ACTOS DE LICITACION, ASI COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO CUYO INCUMPLIMIENTO, POR SI MISMO, NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, DEDIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NUMERO DE LA PRESENTE LICITACION (LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024). BASAMOS NUESTRA PETICIÓN EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN V DE LA LAASSP Y 40 DE SU REGLAMENTO QUE A LA LETRA DICE: "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO" ARTÍCULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;"</p> <p>"REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO "</p>	NO SE ACEPTA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
27	2	CONSECUTIVO 39 TECNOLOGIA MEDICA DIART	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECTIFICAR SU RESPUESTA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITIR PRESENTAR FOLLETOS O CATALOGOS DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS CON MARCA DE AGUA DE OTRA LICITACION, NO SIENDO CAUSAL DE DESECHAMIENTO Y NO SERAN OBJETO DE EVALUACION LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE QUE TENGAN COMO PROPOSITO FACILITAR LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y AGILIZAR LOS ACTOS DE LICITACION, ASI COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO CUYO INCUMPLIMIENTO, POR SI MISMO, NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, DEDIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NUMERO DE LA PRESENTE LICITACION (LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024). BASAMOS NUESTRA PETICIÓN EN LOS ARTICULOS 29 FRACCIÓN V DE LA LAASSP Y 40 DE SU REGLAMENTO QUE A LA LETRA DICE: "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO" ARTICULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;"</p> <p>"REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO "</p>	NO SE ACEPTA

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
28	3	CONSECUTIVO 40 TECNOLOGIA MEDICA DIART	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECTIFICAR SU RESPUESTA, SE SOLICITA A LA H CONVOCANTE NOS PERMITIR PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS CON MARCA DE AGUA DE OTRA LICITACION, NO SIENDO CAUSAL DE DESECHAMIENTO Y NO SERAN OBJETO DE EVALUACION LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE QUE TENGAN COMO PROPOSITO FACILITAR LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y AGILIZAR LOS ACTOS DE LICITACION, ASI COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO CUYO INCUMPLIMIENTO, POR SI MISMO, NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, DEDIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NUMERO DE LA PRESENTE LICITACION (LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024). BASAMOS NUESTRA PETICIÓN EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN V DE LA LAASSP Y 40 DE SU REGLAMENTO QUE A LA LETRA DICE: "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO" ARTÍCULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER:</p> <p>V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;"</p> <p>"REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO "</p>	NO SE ACEPTA

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

LICITANTE: VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
29	1	PREGUNTA 61, PÁGINA 18 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	<p>CON BASE A LA RESPUESTA DE MI REPRESENTADA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:</p> <p>16 UNIDAD DE ELECTROCOAGULADOR QUIRÚRGICO MODULAR PARA 16.1 ELECTROCOAGULADOR QUIRÚRGICO MODULAR PARA HEMOSTASIA Y CORTE, POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS:</p> <p>16.2 COAGULACIÓN Y CORTE MONO Y BIPOLAR.</p> <p>16.3 EQUIPO MODULAR CON CAPACIDAD DE CAMBIO DE MÓDULOS DE CONECTORES INTERNACIONALES Y CONECTORES PLUG AND PLAY MONOPOLARES Y BIPOLARES SEGUN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE).</p> <p>16.4 POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EN CORTE BIPOLAR DE 100 WATTS O MAYOR CON 08 EFECTOS COMO MÍNIMO, CON:</p> <p>16.4.1 COAGULACIÓN MONOPOLAR SUAVE DE 200 WATTS O MAYOR.</p> <p>16.4.2 FORZADA DE 120 WATTS O MAYOR.</p> <p>16.4.3 SPRAY DE 120 WATTS O MAYOR.</p> <p>16.4.4 SIMULTÁNEA DE 200 WATTS O MAYOR QUE PERMITA LA ACTIVACIÓN DE DOS INSTRUMENTOS MONO POLARES DE FORMA SIMULTÁNEA Y ALTERNADA. (OPCIONAL).</p> <p>16.4.5 COAGULACIÓN BIPOLAR DE 120 WATTS O MAYOR CON 08 EFECTOS COMO MÍNIMO CORTE Y COAGULACIÓN CONTROLADOS POR MICROPROCESADOR.</p> <p>16.5 INDICADORES DE POTENCIA MONO Y BIPOLAR EN DISPLAY TFT A COLOR.</p> <p>16.6 AUMENTO DE LA POTENCIA MEDIANTE TECLADO O SISTEMA TÁCTIL.</p> <p>16.7 ALARMAS.</p> <p>16.8 SALIDA MONOPOLAR PARA CORTAR Y COAGULAR.</p> <p>16.9 PROGRAMAS DE AUTODIAGNÓSTICO Y REPORTE DE ERRORES.</p> <p>16.10 CON FUNCIÓN DE SELLADO O TERMOFUSIÓN DE GRANDES VASOS.</p> <p>16.11 PEDAL DOBLE.</p> <p>16.12 CARRO CON RUEDAS.</p> <p>SIN QUE ESTO AFECTE EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PODRÁ OFERTAR EL EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEL APENDICE T2.</p>



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
30	2	PREGUNTA 63, PÁGINA 19 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	<p>CON BASE A LA RESPUESTA DE MI REPRESENTADA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA YA QUE EL EQUIPO PARA TOMOGRAFIA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT), INTRAVASCULAR, YA QUE ES ÚNICO EN EL MERCADO Y NO EXISTE UNA TÉCNOLOGÍA SIMILAR QUE SEA COMPATIBLE CON LO REQUERIDO EN EL APENDICE T2, YA QUE EL EQUIPO ES EXCLUSIVO DEL FABRICANTE ST. JUDE MEDICAL Y SE ENCUENTRA INHABILITADO POR UN TIEMPO DE DOCE MESES, POR LO QUE SE VUELVE UN REQUERIMIENTO IMPOSIBLE DE CUMPLIR. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DE ACUERDO CON LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ¿NOS CONFIRME EN QUE PROCEDIMIENTO O BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SERA UTILIZADO EL EQUIPO 7 EQUIPO PARA MAPEO TRIDIMENSIONAL?. EN CASO DE TENER EL PROCEDIMIENTO O BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LOS PARCHES PARA MAPEO SE DEBERAN OFERTAR Y NOS COMPARTAN MINIMOS Y MAXIMOS QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA.</p>	NO SE ACEPTA
31	3	PREGUNTA 66, PÁGINA 20 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	<p>DE ACUERDO CON LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO CON EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01:1042 SISTEMA DE CRIOABLACIÓN FOCAL (INCLUYE EL USO DE LA CONSOLA), ASÍ MISMO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES INSUMOS DENTRO DE ESTE COMPLEMENTO PARA SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA: -CATÉTER BALON DE CRIO ABLACIÓN CON DIÁMETROS DIFERENTES DEL GLOBO DISTAL 23MM / 28MM. - CATÉTER PARA MAPEO 15MM/20MM. ACHIEVE (ÚNICO PARA CRIO) CON SU CONECTOR. - INTRODUCCTOR DEFLECTABLE PARA CATÉTER DE CRIO ABLACIÓN 12FR. - CABLE UMBILICAL Y COAXIAL PARA CATÉTER DE CRIO ABLACIÓN. YA QUE, LA DESCRIPCIÓN NO ESPECIFICA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL COMPLEMENTO MENCIONADO ¿ES CORRECTO?</p>	APEGARSE AL APENDICE T2 CATALOGO DE EQUIPOS
32	4	PREGUNTA 68, PÁGINA 20 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	<p>DE ACUERDO CON LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO CON EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01:1042 SISTEMA DE CRIOABLACIÓN FOCAL (INCLUYE EL USO DE LA CONSOLA), ASÍ MISMO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES INSUMOS DENTRO DE ESTE COMPLEMENTO PARA SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA: -CATÉTER BALON DE CRIO ABLACIÓN CON DIÁMETROS DIFERENTES DEL GLOBO DISTAL 23MM / 28MM. - CATÉTER PARA MAPEO 15MM/20MM. ACHIEVE (ÚNICO PARA CRIO) CON SU CONECTOR. - INTRODUCCTOR DEFLECTABLE PARA CATÉTER DE CRIO ABLACIÓN 12FR. - CABLE UMBILICAL Y COAXIAL PARA CATÉTER DE CRIO ABLACIÓN. YA QUE, LA DESCRIPCIÓN NO ESPECIFICA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL COMPLEMENTO MENCIONADO ¿ES CORRECTO?</p>	APEGARSE AL APENDICE T2 CATALOGO DE EQUIPOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
33	5	PREGUNTA 69, PÁGINA 21 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	<p>DE ACUERDO CON LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ¿NOS CONFIRME EN QUE PROCEDIMIENTO O BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SERAN UTILIZADOS LOS EQUIPOS:</p> <p>"8 GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN", "9 BOMBA DE IRRIGACIÓN", "13 ESTIMULADOR CARDIACO"?</p> <p>EN CASO DE TENER EL PROCEDIMIENTO O BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL PARCHE DE DISPERSION DE RADIOFRECUENCIA SE DEBERA OFERTAR Y NOS COMPARTAN MINIMOS Y MAXIMOS QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA.</p>	<p>APEGARSE AL APENDICE T 2 CATALOGO DE EQUIPOS</p>
34	6	PREGUNTA 72, PÁGINA 23 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS CONFIRME QUE SE DEBERA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 7 FR. CON GUIA VASCULAR EN UN RANGO DE 0.021 A 0.032 YA QUE EL RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO AYUDA A DISMINUIR EL ESTRÉS EN EL TRATAMIENTO DE LA ARTERIA EN COMPARACION A DISPOSITIVOS QUE NO CUENTAN CO ESTE RECUBRIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA</p>
35	7	PREGUNTA 73, PÁGINA 24 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE EL TENER LAS DOS DESCRIPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ENCARECE LA PROPUESTA, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN A OFERTAR EN EL BCB73 ES CUERDA GUIA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA EN UN RANGO DE 0.035" A 0.038" LONGITUD DE 150CM Y 260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO SE ACEPTA</p>
36	8	PREGUNTA 74, PÁGINA 25 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	<p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR "BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, EN UN RANGO DE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES EN UN RANGO DE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO." ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>NO SE ACEPTA</p>



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
37	9	PREGUNTA 76, PÁGINA 26 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA QUE SE OFERTAR INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD EN UN RANGO DE 10 A 25 CM, CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 7. CON GUÍA VASCULAR EN UN RANGO DE 0.018 A 0.025, CON LA FINALIDAD DE OBTENER MAYOR NÚMERO DE MEDIDAS DISPONIBLES PARA ELECCIÓN DEL MÉDICO YA QUE NUESTROS DISPOSITIVOS CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO LLEGAN HASTA LA LONGITUD DE 25CM ¿SE ACEPTA ?	NO SE ACEPTA
38	10	PREGUNTA 83, PÁGINA 30 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR " MANTAS PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIO PARA LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO Y MANTAS PARA POST OPERATORIO DE ACCESO MÚLTIPLE" Y NOS CONFIRME QUE LA UNIDAD DE CALENTAMIENTO DEBERA SER AGREGADO AL "APÉNDICE T2 EQUIPO SMI PARA HERI" YA QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO Y NUESTRA PROPUESTA NO AFECTA AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
39	11	PREGUNTA 84, PÁGINA 30 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS CONFIRME QUE SE OFERTAR KIT DE INTRODUCCTOR RADIAL CON PARED DELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR PARA REFERENCIACIÓN DEL INSUMO EN CATALOGO, YA QUE NUESTRA PROPUESTA NO AFECTA AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
40	12	PREGUNTA 85, PÁGINA 30 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SE ELIMINE ESTA DESCRIPCIÓN YA QUE LAS MEDIDAS DEL LARGO QUE SOLICITAN DE " 60.01.806 BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD O BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM" CORRESPONDEN A UN BALÓN PERIFÉRICO Y EN LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA SE REFIERE A UN BALÓN CORONARIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
41	13	PREGUNTA 86, PÁGINA 31 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO CON FUNCIÓN SIMILAR Y NOS PERMITA OFERTAR "60.01.859 SABANA TÉRMICA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO" PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
42	14	PREGUNTA 87, PÁGINA 31 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CON BASE A LA RESPUESTA OTORGADA A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE ASPIRACIÓN DE TROMBOS DE LOS VASOS DEL SISTEMA ARTERIAL EN UN RANGO 5 FRA 8FR DE 140 E 150CM DE LONGITUD, YA QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGIAS EN EL MERCADO Y NUESTRA PROPUESTA NO AFECTA AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
43	15	PREGUNTA 93, PÁGINA 34 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SE ELIMINE LA DESCRIPCIÓN 60.01.876 ELECTRODO MARCAPASO CON GLOBO DISTAL, YA QUE NO EXISTE EN EL MERCADO UNA TECNOLOGIA SIMILAR QUE SEA COMPATIBLE CON LO REQUERIDO EN EL APENDICE T1 Y T4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA YA QUE EL CONSUMIBLE ES EXCLUSIVO DEL FABRICANTE ST. JUDE MEDICAL Y SE ENCUENTRA INHABILITADO POR UN TIEMPO DE DOCE MESES. POR LO QUE SE VUELVE UN REQUERIMIENTO IMPOSIBLE DE CUMPLIR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
44	16	PREGUNTA 96 Y 97, PÁGINA 35 Y 36 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA OTORGADA YA QUE LOS EQUIPOS SON DE IMPORTACIÓN. POR LO QUE SOLICITAMOS NOS OTORQUE 30 DÍAS NATURALES PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, QUE DEBERÁN ENTREGARSE, YA QUE LOS EQUIPOS NUEVOS LLEVAN UN TIEMPO MAYOR DE ENTREGA POR PARTE DE LOS FABRICANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
45	17	PREGUNTA 98, PÁGINA 36 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA AGREGAR FILAS Y COLUMNAS EN EL FORMATO T21 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/DOCUMENTAL, DEBIDO A QUE HAY DESCRIPCIONES QUE SE COMPONEN DE DOS O MAS CÓDIGOS, Y EL CONSIDERAR SOLO UNA FILA POR DESCRIPCIÓN HARIA QUE LA REVISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE RESULTARA CONFUSA YA QUE, LA DOCUMENTACIÓN REGULATORIA, CATALOGOS O FOLLETO PUEDEN SER DE VARIAS MARCAS PARA CUMPLIR UNA DESCRIPCIÓN TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
46	18	PREGUNTA 100, PÁGINA 37 DE MI REPRESENTADA VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA MARCA Y MODELO DEL POLIGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGIA DEL APENDICE DEL EQUIPO EXISTENTE.	MARCA SIEMENS MODELO: ARTIS ZEE FLOOR



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
47	19	PREGUNTA 5, PÁGINA 7 DE SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV 4.2.8 CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS PREGUNTA 7, PÁGINA 8 DE SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV APENDICE 24 CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO	DICE: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS, CON LEYENDA NO APLICA, AL NO PRESENTAR EQUIPOS USADOS SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA MENCIONA QUE: SE ACEPTARÁN EQUIPOS USADOS QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO DEBERÁN SOBREPASAR SU VIDA ÚTIL CON NO MÁS DE 5 AÑOS DE FABRICACIÓN; ES DECIR, LA FABRICACIÓN DEL EQUIPO DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA, A PARTIR DEL AÑO 2019 ¿SE ACEPTA? DICE: BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.1040 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ÚNICAMENTE CON CATALOGO ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIERE CUENTE CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE	SE ACEPTA
48	20	PREGUNTA 34, PÁGINA 14 DE SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SE ELIMINE ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, YA QUE, ESTA TECNOLOGIA SE ENCUENTRA OBSOLETA Y NO EXISTE TECNOLOGIA IDENTICA EN EL MERCADO, LO QUE HARIA IMPOSIBLE CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO, O SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA SIMILAR ¿SE ACEPTA? 60.01.1034- SISTEMA DE SAFENOABLACIÓN MECANICO-QUIMICO. LA DESCRIPCIÓN SOLICITA ESTA DESCONTINUADA, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGIA SIMILAR " CATÉTER DE INFUSIÓN ESPECIALIZADO PARA EL TRATAMIENTO NO TÉRMICO Y NO TUMESCENTE DE LA VASCULATURA PERIFERICA. CON PUNTA DE ALAMBRE GIRATORIA DE 360° DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE LOS FLUIDOS. MINIMAMENTE INVASIVO Y PROPORCIONA UNA RECUPERACIÓN MÍNIMA PARA LOS PACIENTES CON CONDICIONES VENOSAS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
49	21	CON BASE AL ANEXO T1 ACTUALIZADO	60.01.1034- SISTEMA DE SAFENOABLACIÓN MECANICO-QUIMICO. LA DESCRIPCIÓN SOLICITA ESTA DESCONTINUADA, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGIA SIMILAR " CATÉTER DE INFUSIÓN ESPECIALIZADO PARA EL TRATAMIENTO NO TÉRMICO Y NO TUMESCENTE DE LA VASCULATURA PERIFERICA. CON PUNTA DE ALAMBRE GIRATORIA DE 360° DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE LOS FLUIDOS. MINIMAMENTE INVASIVO Y PROPORCIONA UNA RECUPERACIÓN MÍNIMA PARA LOS PACIENTES CON CONDICIONES VENOSAS" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS

[Handwritten signature]



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
50	22	CON BASE AL ANEXO TI ACTUALIZADO	<p>EQUIPO 19 BOMBA DE CONTRAPULSACIÓN PARA INTRA/AORTICO DICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -CAPACIDAD DE INTERCONEXION A COMPUTADORA - MODOS DE DISPARO ECG, PRESION, MARCAPASOS AURICULAR, VENTRICULAR, A-V, DISPARO - RELACION DEL DISPARO ASISTENCIA/PACIENTE <p>POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>BOMBA DE CONTRAPULSACIÓN PARA BALÓN INTRA-AÓRTICO SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PUEDE INTERCONECTARSE CON LA MAYOR PARTE DE LOS MONITORES DE CABECERA, Y ADMITE ENTRADAS DE TRANSDUCTORES Y CABLES PROVENIENTES DEL PACIENTE. - MODOS DE ACTIVACIÓN POR ECG, PRESION, MARCAPASOS AURICULAR, VENTRICULAR, A-V, DISPARARÁ UNA ALARMA DE RESPUESTA AUTOMÁTICA - ASISTENCIA CARDÍACA A DETERMINADOS PACIENTES SIN QUE ESTO AFECTE EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES ¿SE ACEPTA? 	NO SE ACEPTA
51	23	PREGUNTA CONSECUTIVA NO. 18 (LICITANTE: SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV)	<p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LA RESPUESTA ESTA ENFOCADA EN EQUIPOS USADOS DONDE YA CUENTAN CON LAS RESPECTIVAS FACTURAS, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR PARA LOS EQUIPOS NUEVOS; UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE INDIQUEMOS LOS EQUIPOS QUE SERAN NUEVOS Y QUE UNA VEZ ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LAS FACTURAS PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley y 49 segundo párrafo de su Reglamento, se enviará un aviso mediante correo electrónico a través de CompraNet, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>.

También a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados de los interesados, copia de esta acta en el tablero de avisos anexo a La Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hgo; por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en el Portal de Transparencia del IMSS en la dirección electrónica: www.imss.gob.mx.

Finalmente, se informa que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 17 de abril del 2024 a las 11:00 horas, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente a través del sistema CompraNet, de conformidad con el artículo 47, párrafo quinto, del reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 16:40 horas, del día 11 de abril 2024.

Esta Acta consta de 90 (noventa) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÁREA O DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE Y CARGO	FIRMA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	MTRO. HUGO ZAMORA OVIEDO TITULAR	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

ÁREA O DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE Y CARGO	FIRMA
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ JEFE	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	L.E.M. JULIO ALBERTO BRAVO FIGUEROA SUPERVISOR DE PROYECTOS E2	
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS	DRA. MARIA EUGENIA VILLAGRAN GUZMAN COORDINADORA AUXILIAR DE SEGUNDO NIVEL	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	C. ARMANDO SOTO MERINO RESPONSABLE DEL SISTEMA COMPRANET	





GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
MTRO. CLAUDIO SALVADOR RODRIGUEZ MALDONADO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTARON	

----- FIN DEL ACTA -----



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

EVENTOS	FECHA	HORA	LUGAR
Junta de Aclaraciones a la Convocatoria	10/04/2024	09:00	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción segunda, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. Compranet, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.
Visita a las instalaciones Institucionales	*****	08:00 - 16:00	CONFORME AL ANEXO 2 (DOS) ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 4.2.10
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	17/04/2024	11:00	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción segunda, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. Compranet, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.
Fallo	24/04/2024	15:00	
Firma del contrato	DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO	9:00 A 16:00HRS	Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.
Reducción de Plazo	SI		
Medio de Licitación	Electrónica (Artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP) no se reciben proposiciones a través de servicio postal o mensajería.		
Carácter de la Licitación	Internacional Bajo la Cobertura de Tratados (Artículo 28, fracción II, de la LAASSP)		







GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

ANEXO NO. 1 (UNO)
"ANEXO TÉCNICO"

3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS

No.	Clave	Nombre del procedimiento:	Min 2024	Max 2024
1	60.01.001	Procedimiento de cateterismo diagnóstico adulto femoral.	45	110
2	60.01.003	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico por técnica radial.	15	37
3	60.01.004	Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balón.	21	52
4	60.01.007	Procedimiento de angioplastia directa por técnica radial.	21	52
5	60.01.008	Procedimiento de angioplastia directa por técnica femoral.	9	22
6	60.01.011	Procedimiento para cierre de defectos septales (CIA, CIV Y FOP).	1	1
7	60.01.021	Procedimiento de diagnóstico de electrofisiología.	5	12
8	60.01.028	Procedimiento para colocación de filtro de vena cava.	5	12
9	60.01.029	Procedimiento de cateterismo diagnóstico periférico.	21	52
10	60.01.876	Electrodo marcapaso con globo distal.	5	12
11	60.01.877	Electrodo para marcapaso temporal bipolar.	5	12
12	60.01.042	Procedimiento para cierre de PCA con ocluser niños.	3	6
Total procedimiento:			156	380



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

3.3 OOAD/UMAE, SE INCLUYE LA LOCALIDAD Y EL TIPO DE UNIDAD MÉDICA

PARTIDA	CLAVE OOAD	OOAD/UMAE	CLP	SEDE	NO SEDE	LOCALIDAD	MIN		MAX		
							08 MES	MES	08 MES	MES	
1	13	Hidalgo	130144012151	HGZ	36	Pachuca	156		380		
Total, general							156		380		

3.4 REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS POR PARTIDA ESPECIAL, OOAD / UMAE:

No.	CLAVE OOAD/ UMAE	OOAD/UMAE	CLAVE PRESUP	SEDE	NO. SEDE	LOCALIDAD	CLVSI	Mínimo		Máximo
								08 meses	08 meses	
1	13	HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.001	45		110
2	13	HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.003	15		37
3	13	HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.004	21		52
4	13	HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.007	21		52
5	13	HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.008	9		22
6	13	HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.011	1		1
7	13	HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.021	5		12





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050CYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	CLAVE		OOAD/UMAE	CLAVE		SEDE	NO. SEDE	LOCALIDAD	CLVSI	Mínimo		Máximo	
	OOAD/UMAE	PRESUP		130144012151	PRESUP					08 meses	08 meses		
8	13		HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.028		5		12	
9	13		HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.029		21		52	
10	13		HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.876		5		12	
11	13		HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.877		5		12	
12	13		HIDALGO	130144012151	HGZ	36	PACHUCA	60.01.042		3		6	
TOTAL										156		380	

6.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO / CANTIDADES BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO PARTIDAS ESPECIALES POR OOAD / UMAE

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
1	60.01.801	Accesorios para cierre de defectos septales. Sistemas para liberación de ocluidores septales o de conducto arterioso.
2	60.01.802	Adicional de extensión iliaca para endoprótesis.
3	60.01.803	Aguja para punción transeptal por radiofrecuencia.
4	60.01.806	Balón coronario con medicamento (pacitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de diámetro y longitudes desde 10 mm a 30 ó 40 mm de longitud o BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
5	60.01.807	Balón coronario con aterotomos. Indicado para reestenosis o lesiones calcificadas. Diámetros de 2.00 a 4.00 Longitudes de 6, 10 y 15 mm.
6	60.01.808	Balón de contra pulsación de 30, 40 o 50 cc.
7	60.01.809	Estructura metálica circundante o con líneas de protuberancias. Indicado para reestenosis o lesiones no dilatables. Diámetro de 2.00 a 3.50. Longitudes de 6 u 8 a 15 ó 16mm o de 10 a 20 mm.
8	60.01.810	Balón neurológico para remodeling o prueba de oclusión intracraneal.
9	60.01.811	Balón de doble lumen para remodeling con lumen independiente para lagüa para neuro intervencionismo de diversas medidas.
10	60.01.814	Balón periférico infra popliteo compatible con cuerda guía 0.014", longitud de hasta 220 mm, diferentes diámetros o balón periférico infrapopliteo compatible con cuerda guía 0.014".
11	60.01.815	Balón periférico pediátrico diferentes medidas.
12	60.01.816	Balones de angioplastia coronaria de alta presión No complaciente.
13	60.01.817	Balones periféricos en diversos diámetros y longitud es (2 ó 2.5 mm a 10mm de diámetro y 2 ó 3 ó 18 cm de longitud) de bajo perfil para introductores 4 a 9 fr. Ó balones semi complacientes. Con sistema 0.014 o 0.018 de 1.5 mm a 4mm de diámetro y de 40 a 220 mm de longitud.
14	60.01.818	Banda de compresión radial.
15	60.01.819	Bolsa estéril para tubo de fluoroscopio.
16	60.01.820	Cables conectores de electrofisiología (de alta densidad en un solo catéter).
17	60.01.821	Cables conectores para catéter de electrofisiología.
18	60.01.822	Camisas transeptales diversas curvas de 6 a 8.5 Fr. Diversas longitudes
19	60.01.823	Catéter balón periférico no complaciente o alta presión de 1.5 mm a 4 u 8 mm de diámetro para guía 0.014"presentar medidas intermedias y de 20 a 200 mm o 220mm de longitud. Uso: angioplastia percutánea transluminal de vasos periféricos infrapoplíteos.

[Handwritten signature]

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
20	60.01.824	Catéter balón periférico no complaciente o alta presión de 3mm a 12 mm de diámetro para guía 0.035"presentar medidas intermedias y de 20 a 80 ó 100 ó 120 ó 200 mm o 220mm de longitud.uso: angioplastia percutánea transluminal de vasos periféricos femorales o CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE DE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Y 12MM DE DIÁMETRO Y DE 20 A 200 MM DE LONGITUD.
21	60.01.825	Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para extracción de cuerpo extraño.
22	60.01.826	Catéter de ablación 7fr punta de 8 mm curvas pequeña a grande. O Catéter de ablación 7fr punta de 4 a 8 mm curvas pequeña a grande.
23	60.01.827	Catéter de ablación 7 a 8 fr punta irrigada curva pequeña a grande.
24	60.01.828	Catéter de ablación irrigada convencional.
25	60.01.832	Catéter de mapeo de alta densidad, compatible el navegador ofertado y con cable conector respectivo.
26	60.01.833	Catéter de perfusión distal con 4 marcas radiopacas.
27	60.01.835	Catéter diagnóstico para la curva pigtail o multi propósito o catéter para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno, alto flujo recto a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 6 fr.
28	60.01.836	Catéter guía teflonado ó semihidrofílico ó hidrofílico 5 ó 6 ó 7 u 8 fr.
29	60.01.837	Catéter guía multipropósito 5, 6, 7 y 8 Fr.
30	60.01.838	Catéter guía renal.
31	60.01.839	Catéter para adquisición de imágenes en OCT. Intravascular ó Catéter de Ultrasonido Intracoronario de tipo mecánica rotatoria de 60 Mhz, de alta definición.
32	60.01.840	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo de alta presión, de 1.20 a 4.0 mm de diámetro por 8 a 30 mm de longitud, 130 a 150 cm de largo, con sistema montado en guía "over the wire".
33	60.01.841	Catéter para seno coronario de 5 a 7Fr.
34	60.01.842	Catéter para septostomía auricular con navaja de 1 a 2 cm y longitud de 68 a 110 cm, calibre 5 a 6Fr. O Cateter para septostomía con globo no complaciente, con punta angulada desechable en 5 y 6 fr, o 060.167.4575 Para septostomía auricular, con navaja de 1 cm desechable.Longitud: Calibre:110 cm. 5 Fr.Pieza. ó Z-5 9.5mm x 0.9cm x 50cm (5 fr) y Catéter Z-5 13.5mm x 1.35cm x 50cm (6 fr).

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
35	60.01.845	Catéter para ultrasonido intracoronario.
36	60.01.846	Catéter para ultrasonido Intravasculer periférico. NO EN PEDIATRICOS
37	60.01.847	Catéter tipo Berman para angiografía de 4 y 5 fr.
38	60.01.848	Catéteres diagnóstico convencional distintos de 4 a 8 Fr. Y hasta 110 cms. de longitud.
39	60.01.849	Catéteres diagnósticos para electrofisiología tetra polar de 5 a 6 fr.
40	60.01.850	Catéteres diagnósticos para electrofisiología decapolar en 5 ó 7fr. (seno coronario).
41	60.01.851	Catéteres diagnósticos para electrofisiología, dúodecapolar en 5 a 7fr.
42	60.01.856	Coils diversas morfologías y medidas sistema liberación controlada o reposicionable 0.018" a 0.035" con fibra sintética y retráctil.
43	60.01.857	Coils o espirales de liberación no controlada o "empujable" de diversa variedad de forma, tamaño, grosor y tipo.
44	60.01.858	Coils neurovasculares diversas morfologías, sistema 0.010" ó 0.0108" ó 0.0115" ó 0.0125" ó 0.0135" ó 0.0145" ó 0.020" o collis con diametro externo de 0.0145 toda vez que lo solicitados de 0.020
45	60.01.859	Colchón térmico para paciente neonato, lactante y pediátrico. (No requiere referenciación).
46	60.01.861	Consumibles para electrocoagulación: electrodo neutro con dos áreas de contacto y lápiz de electrocirugía o electrodo neutro de dos areas y un lapiz de electrocirugia con 2 botones.
47	60.01.862	Controlador manual estéril para sistema de inyección de solución salina y medio de contraste con flujo variable.
48	60.01.863	Cuerda guía 0.018 ó 0.014" punta recta con alto gramaje.
49	60.01.864	Cuerda guía especial para implante de válvula aortica de alto soporte de diámetro de 0.035" y longitud opcional de 260cm ó 275 ó 300 cm, la cual previene la perforación del ventrículo.
50	60.01.865	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva,0.035"longitud opcional de 150, 260 ó 300 cm. Estéril y desechable.
51	60.01.867	Cuerda o guía vascular de 0.018" con alma de nitinol, punta suave y longitud opcional de 60cm ó 110 ó 150 ó 200 ó 260 ó 300 cm.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-1-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
52	60.01.868	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, rígida alto gramaje 6 a 14 gramos de 0.014" de diámetro ó punta cónica de 1 a 6 gramos y 180cm o 190cm de longitud o CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, EXTRA RÍGIDA DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 CM DE LONGITUD
53	60.01.869	Dispositivo de trombectomía periférica farmaco e hidromecanica (reolitica) con aspiración
54	60.01.870	Dispositivo de trombólisis ultrasónica periférica(incluye sonda y consola), o balon periférico para litotrisia ultrasónica, incluye el uso de la consola.
55	60.01.871	Dispositivo hemostático para cierre vascular a base de colágeno o acido poliglicolico o cierre vascular con vaina introductora femoral incluida, un obturador, un predilatador, alambre guía y un sistema (SIS) para el cierre de 7fr.
56	60.01.872	Dispositivo ocluser vascular de aleación de níquel y titanio para oclusión vascular de diversos tipos y medidas, incluye el sistema liberador.
57	60.01.873	Dispositivo para cierre vascular a base de suturas pre montadas de monofilamento de polipropileno para cerrar calibres 5, 6, 7 y 8 fr.
58	60.01.874	Diversor de flujo para aneurismas intracraneales de diversos tamaños en calibre y longitudes a elección del neurointervencionista.
59	60.01.875	Ecorealsador.o eco contraste; substancia que se inyecta durante una ecocardiografía realiza la calidad de las imágenes obtenidas con la ecografía.
60	60.01.876	Electrodo marcapaso con globo distal.
61	60.01.877	Electrodo para marcapaso temporal bipolar.
62	60.01.878	Endoprótesis para aneurisma aorto torácica con sus accesorios para la colocación. Diversas medidas.
63	60.01.879	Endoprótesis torácica segmento diversas medidas (para extensión en caso de requerirse) sin accesorios.
64	60.01.881	Extensión coaxial de catéter guía coronario de rápido intercambio de 5, 5.5, 6, 7 y 8Fr ó de 6 a 8 Fr o cateter guía intermedio de 0.057" o EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATERETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 CM
65	60.01.883	Extensión de presión de 15cm o extensión de presión de 15 o 25cm.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
66	60.01.884	Extensión, "Cuff o Manguito, que funciona como extensión proximal de endoprótesis aortica, torácica y abdominal".
67	60.01.885	Extractor de trombos intracoronario.
68	60.01.886	Extractor manual de trombos pulmonares 5 Fr a 8Fr de 150cm de longitud.
69	60.01.887	Sistema de protección distal (tipo filtro 3-7 mm) o Sistema de protección distal (tipo filtro 3.5 mm).
70	60.01.890	Frasco de embolizante graso a base de Lipiodol.
71	60.01.891	Frasco de micropartículas embolizantes viales de diferentes calibres en micras (200 a 1000micras)de alcohol polivinílico.
72	60.01.893	Guía de alto soporte.
73	60.01.894	Guía de presión. Floppy de .014 por 185 o 190cm de longitud o micro catéter con punta de Medición de la Reserva de Flujo coronario Fraccional o guía floppy de 0.014" por 182 cm de longitud
74	60.01.895	Guía de punción transeptal por radiofrecuencia.
75	60.01.896	Hydrocoil o coil bioactivo ó con PGLA, con sistema liberador de diversas medidas.
76	60.01.897	Introduccion 18 fr.
77	60.01.898	Introduccion de catéter arterial o venoso con alma metálica. Por técnica percutánea, longitud 25 a 45cm calibre. 5,6,7 y 8 fr o INTRODUCION DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR
78	60.01.899	Introduccion de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutánea pediátrico, 4, 5 y 6 French, longitud 5cm opcional a 14 cms.
79	60.01.900	Introduccion de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutánea, 4, 5, 6, 7, 8 French, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cms. Con guía vascular 0.021 a 0.032".
80	60.01.901	Introduccion de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento opcional hidrofílico, teflonado o semihidrofílico, longitud opcional de 7 ó 10 ó 11 ó 16 o 25cm calibre. 4, 5, 6. Con guía vascular con recubrimiento opcional hidrofílico, teflonado ó semihidrofílico, 0.018 a 0.025.
81	60.01.902	Introduccion Guía Largo para acceso femoral y distal arterial de 90 o 100 cms. 7 u 8 Fr.
82	60.01.903	Introduccion largo deflectable 8 y 8.5 fr. interno, diversas curvas, 63 a 71 cm.

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
83	60.01.906	Introduccion pediátrico 4 y 5 fr.
84	60.01.907	Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, longitud opcional de 10 ó 11 o 16 ó 25 cm calibre. Dentro del rango de 4 a 14Fr.
85	60.01.908	Jeringa para angiocardiografía, de 100 a 150 ml de capacidad o Jeringa para angiocardiografía, de 150 ml de capacidad
86	60.01.909	Jeringa para sistema de inyección de medio de contraste por flujo variable.
87	60.01.910	Jeringas de plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de arterias coronarias para mantener y medir la presión.
88	60.01.911	Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introductor y catéter para medición de presión por termo dilución.
89	60.01.912	Kit de pericardiocentesis. Incluye: 1 Aguja de 22 G., 1 aguja de 25 G., 1 jeringa de 12 mm., 1 jeringa de 20 cc., 1 jeringa de 60 cc, 1 bisturí y 1 aguja de 3-0 curva con sutura. (puede variar según tecnología de cada fabricante siempre que tengan la misma funcionalidad y sean compatibles sus elementos).
90	60.01.913	Kit para administración de solución salina y medio de contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de solución salina y una jeringa de mano, ó Kit con jeringa de 150 ml, tubo de solución salina y contraste.
91	60.01.915	Líquido embolico a base de alcohol etilvinílico evoh como polímero embolizante, dimetilsulfóxido (dmso) como solvente con tantallo o yodo.
92	60.01.917	Manguera para irrigación para catéter de ablación.
93	60.01.918	Manifold angiográfico de tres vías.
94	60.01.920	Mantas para calentamiento pre, per y trans operatorio (diferentes diseños y tamaños o de acceso multiple). (No requieren referenciación).
95	60.01.921	Medio de contraste hidrosolubles no iónico en concentración de 300 a 370 mg/ml, ioversol, iopamidol, iohexol, iopromida, lobitridol. Frasco con 100 ml o iónico de baja osmolaridad, ioxaglate de sodio y meglumina, concentración 320mg/ml, presentación 100ml.
96	60.01.922	Micro catéter con cuerpo enmallado de acero inoxidable de punta desprendible.
97	60.01.923	Micro catéter coronario para oclusiones crónicas.
98	60.01.924	Micro catéteres convencionales preformados 2.7 ó 2.8 Fr.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
99	60.01.925	Microcatéter coronario para oclusiones totales crónicas y angioplastia compleja con recubrimiento hidrofílico de alta duración, longitud de 130 a 150cm, con capacidad de torque y punta cónica.
100	60.01.926	Microcatéteres de infusión para espirales (coils) para embolización endovascular intracraneal, de 0.010"/.020" (0.038 mm), con cuerpo enmallado, diámetro interno de 0.014"/.018" (0.035 mm), recubrimiento hidrofílico o Microcateter de infusión para espirales (coils) para embolización intracraneal, con recubrimiento hidrofílico punta recta, longitud de la punta de 3.0 cm y longitud total de 165 cm, diámetro interno de 0.013" con cuerpo enmallado.
101	60.01.927	Microcatéteres flujo dependiente de 1.2 Fr, 1.5 Fr, 1.8 Fr, 2.1Fr. , compatibles con dimetilsulfóxido (DMSO) con o sin punta distal desprendible.
102	60.01.930	Microcatéteres para infusión de líquido embolizante compatibles con dimetil sulfoxido (DMSO) de 0.010 o 0.014 o 0.018 con punta preformada: recta o en 45 grados o en 90 grados.
103	60.01.931	Micro guía de 0.014", longitudes de 150 ó 180 ó 300 cm con recubrimiento hidrofílico diferentes características de navegabilidad y diferentes puntas.
104	60.01.933	Microguías 0.007" ó 0.008" a 0.014"llevar medidas intermedias, cortas de 150 cm o microguía hidrofílica de 0.007 o 0.008" por 150 o 200 cm de longitud total.
105	60.01.934	Micro guías hidrofílicas, diámetro 0.008" longitud 150 a 300 cms. diferentes características de navegabilidad y diferentes puntas.
106	60.01.935	Micro guías hidrofílicas, diámetro 0.010" longitud 150 a 300 cms. diferentes características de navegabilidad y diferentes puntas o Microguías hidrofílicas, diámetro 0.010" longitud 150 O 200 cms diferentes características de navegabilidad y diferentes puntas o MICROGUÍA HIDROFÍLICA DE 0.016 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL
107	60.01.938	Micro guías hidrofílicas, diámetro 0.018" longitud 150 a 300 cms. diferentes características de navegabilidad y diferentes puntas o MICROGUÍA HIDROFÍLICA DE 0.016 " POR 200 CM DE LONGITUD TOTAL
108	60.01.941	Paquete universal de ropa.
109	60.01.942	Parche hemostático con trombina y antibacteriano.
110	60.01.943	Pig tail centimetrado 5 Fr.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
111	60.01.944	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo, zotarolimus en cromo cobalto, everolimus en cromo cobalto. Cada una de las plataformas en diversas medidas o prótesis endovascular coronaria de platino cromo (stent medicado) con liberación de everolimus, medidas de 38mm de longitud por 4.00 mm de diámetro o PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE PLATINO CROMO (STENT MEDICADO) CON LIBERACION DE EVEROLIMUS, MEDIDAS DE 8 A 38 MM DE LONGITUD POR 2.25 A 4.00 MM DE DIAMETRO
112	60.01.945	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo polímero bioabsorbible. O Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con revestimiento de everolimus o sirolimus, en platino-cromo o en cobalto-cromo, con polímero bioabsorbible.
113	60.01.946	Prótesis endovascular dedicado a bifurcación de diversas aleaciones y liberador de medicamento (Pacitaxel o sirulimus) auto expandibles o liberación con balón.
114	60.01.947	Prótesis vascular intracraneal o Microstent para aneurisma vascular de diversos diámetros y longitudes a elección del neurointervencionista.
115	60.01.948	Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014" de diámetro. Tipo: pin-vice. Desechable o KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,
116	60.01.949	Set de micro punción.
117	60.01.950	Sistema liberador para coils, o Sistema liberador para coils fibrados de liberación controlada (o reposicionables) o sistema de coil empujable de 0.018" diametro maximo de 6mm y longitud del coil de 6.5 mm.
118	60.01.951	Sistema de aspiración de trombo con bomba eléctrica de vacío para procedimientos periféricos. (el proveedor deberá suministrar la bomba eléctrica de vacío.
119	60.01.953	Sistema de protección distal (tipo filtro 3-7 mm) ó protección proximal 8 o 9 fr. (tipo ocluser de carótida) o sistema de protección distal con perfil de cruce o SISTEMA DE PROTECCIÓN DISTAL DE 190 CM DE LONGITUD, CON PERFIL DE CRUCE DE 3.2 FR. Ó Sistema de protección distal (filtro de 3.5-5.5 mm)
120	60.01.954	Sistema de recuperación de cuerpos extraños de 4mm a 12 mm incluir medidas intermedias.
121	60.01.955	Sistema introductor largo o vaina de acceso vascular.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
122	60.01.956	Sonda para eco intracardiaco (Incluye uso de equipo para eco intracardiaco)compatible el sistema ofertado de mapeo 3D u otros procedimientos estructurales compatibles con el equipo ultrasonido intracardiaco ofertado.
123	60.01.957	Stent periférico autoexpandible cubierto con PTFE o ePTFE o Stent premontado en balon cubierto de PTFE. O Stent autoexpandible cubierto con PET.
124	60.01.958	Stent carotideo auto expandible diversos diámetros y longitudes.
125	60.01.959	Stent periférico autoexpandible cubierto con ptfe o ePTFE o stent premontado en balon cubierto de PTFE. O stent autoexpandible cubierto con pet(USO Coronario).
126	60.01.961	Stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guía 0.035",0.014" , 0.018" . (para uso vascular general) o stent diferentes diámetros y longitudes, autoexpandible, de nitinol y marcas de titalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014"(para uso vascular general).
127	60.01.962	Stent no medicado diferentes diámetros y medidas.
128	60.01.964	Stent carotideo auto expandible diversos diámetros y longitudese con aleación de Nitinol compatible con cuerda guía ,0.014" , 0.018" radiopaco y flexible o stent periferico autoexpandible con aleacion de nitinol autoexpandible, diseño de arquitectura de stent (para carotida) compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014" radiopaco y flexible.
129	60.01.965	Stents periféricos , desmontado. Para expandir entre 8 Y 12 mm y 14 a 25mm de diámetro y longitud entre 36 a 50 mm. o stent periferico autoexpandible con aleacion de nitinol autoexpandible, diseño de arquitectura de stent (para carotida) compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014" radiopaco y flexible.
130	60.01.966	Stent periférico medicado, diversos diámetros y longitudes.
131	60.01.967	Stent periférico renal rapido intercambio compatible con sistema 0.014 y/o 0.018 premontado en balón diversos diámetros y longitudes.
132	60.01.969	Transductor de presión compatible con el polígrafo.
133	60.01.970	Tubo para muestra de sangre para medición de tiempo de coagulación activada o analizador con tecnologia basada en cubeta.

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
134	60.01.972	Vial de micro esferas embolizantes (opciones, hydrogel o recubrimiento de Polyzene-F) o microesferas con nucleo de hidrogel
135	60.01.976	Catéter para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 a 6 fr.
136	60.01.977	Catéter para cateterización percutánea cal 4 a 6 fr., longitud 65 a 110 cm. Tipo: MPA, Pigtail, NIH o recto diversas curvas.
137	60.01.978	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.00 hasta 4.5 mm de diámetro longitudes desde 6 a 30 mm, y de 130 a 155cm de largo, sistema de rápido intercambio. (ofertar todas las medidas de diámetro) o CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE DIÁMETRO POR 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.
138	60.01.979	Catéteres guía tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz o MP o Voda o Ikari o Ebu.
139	60.01.980	Catéteres multipropósito punta a1, a2, b1 y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5Fr.
140	60.01.981	Catéteres para cateterización de arteria coronaria derecha con técnica percutánea, asa de 3.5, 4 y 5, calibre 5 ó 6Fr., longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1 y 2. Multipropósitos, mamaríos.
141	60.01.982	Catéteres para cateterización de arteria coronaria izquierda con técnica percutánea, cal 5 ó 6fr., longitud 100 o 110 cm. tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropósitos, mamaríos.
142	60.01.983	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia, rígida o doble espiral con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro y 175cm a 195cm de longitud.
143	60.01.984	Guía hidrofílica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del médico.
144	60.01.985	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia y rígida, con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro con 300cm de longitud.
145	60.01.988	Stent neurovascular para aneurismas en bifurcación con corona intrasacular.
146	60.01.990	Aguja de biopsia automática 14 a 20 Ga, sistema con aguja coaxial (cartucho desechable compatible con pistola en equipamiento).



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
147	60.01.992	Aguja de biopsia semiautomática 14 a 20 Ga, sistema con aguja coaxial.
148	60.01.994	Aguja Fina de Aspiración 18 a 22 Ga.
149	60.01.996	Aguja para biopsia de médula ósea (cánula de acero inoxidable con maneral plástico, obturador y cánula de extracción).
150	60.01.998	Aguja para toma de biopsia motorizada de lesión ósea, incluye: aguja de acceso, varilla expulsora, aguja de biopsia, varilla expulsora de biopsia, funda estéril, varilla de transferencia.
151	60.01.1000	Catéter para centesis, incluye aguja ecogénica.
152	60.01.1002	Endograpas para fijación de endoprótesis.
153	60.01.1006	Introduuctor peel-away.
154	60.01.1008	Kit de acceso hepático para TIPS.
155	60.01.1010	Set de biopsia transyugular.
156	60.01.1012	Catéter de aterectomía direccional periférica.
157	60.01.1014	Catéter periférico de infusión distal para trombolisis.
158	60.01.1016	Esfemas calibradas cargables con quimioterapia.
159	60.01.1018	Stent retraible para trombectomía mecánica.
160	60.01.1020	Catéter de aspiración para trombectomía cerebral. Incluye canister y conectores. (compatible con sistema de aspiración de trombos eléctrica ofertada).
161	60.01.1022	Catéter guía cerebral con balón de oclusión en la punta.
162	60.01.1024	Stent periférico, indicación venosa, diversos diámetros y longitudes.
163	60.01.1026	Injerto híbrido percutáneo para pacientes con agotamiento de acceso vascular.
164	60.01.1028	Fibra lineal para safenoablación por láser (según tecnología ofertada en equipo si se trata de láser).
165	60.01.1030	Fibra radial para safenoablación por láser, (según tecnología ofertada en equipo si se trata de láser).
166	60.01.1032	Catéter ó estilete para safenoablación por radiofrecuencia (según tecnología ofertada en equipo si se trata de radiofrecuencia).
167	60.01.1034	Sistema de safenoablación mecanico-quimico.
168	60.01.1036	Sistema de cierre ednovenoso transcatéter con adhesivo (cianoacrilato).

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
169	60.01.1038	Sistema de ablación de tumores, incluye: Antena de microondas, cable conector, parche a tierra y líneas de infusión para enfriamiento, en caso de ser requeridas incluye el uso de consola de microondas.
170	60.01.1040	Sistema de radiofrecuencia para ablación de tumores, incluye: Aguja, cable conector, parche a tierra y líneas de infusión para enfriamiento, en caso de ser requeridas incluye el uso de consola de radiofrecuencia.
171	60.01.1041	Cateteres diagnósticos para arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR.
172	60.01.1042	Sistema de crioblación focal (incluye el uso de la consola).
173	60.01.1043	Sonda para eco intracardiaco (Incluye uso de equipo para eco intracardiaco) para otros procedimientos compatibles con el equipo ultrasonido intracardiaco ofertado. uso adulto y pediátrico.
174	60.01.1044	Grabadora de ASA implantable subcutánea (Holter implantable).
175	60.01.1045	Retractor esofágico en nitinol con recubrimiento de teflón.
176	60.01.1046	Balón periférico con medicamento (Pacitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 8.0 mm de diámetro, presentar 80mm a 150mm de longitud.
177	60.01.1047	Balones periféricos de uso venoso en diversos diámetros y longitudes (6mm a 24mm de diámetro y diversas longitudes) de bajo perfil para introductores 4 a 9 Fr. y balones no complacientes. Con sistema 0.035".
178	60.01.1048	Stent retraible para trombectomía mecánica cerebral.
179	60.01.1049	Catéter multipropósito paradrenaje biliar o de nefrostomía(pigtail) hidrofílico 8 Fr a 14 Fr con longitud de 25cm a 40cm.
180	60.01.1050	Cateter angiográfico tipo Mikaelson 5Fr.
181	60.01.1051	Cateter angiográfico tipo Shepherd Hook 5Fr.
182	60.01.1052	Líquido embólico a base de alcohol etilvinílico evoh como polímero embolizante, dimetilsulfóxido (dms0) como solvente con tantallo o yodo
183	60.01.1053	Catéter de aterectomía rotacional trasluminal percutánea, de oclusiones agudas o crónicas, diferentes diámetros y longitudes con guía incluida de roto ablación de 0.009" y avanzador con oliva giratoria de diferentes diámetros.

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

No.	clave	Bien de Consumo Complementario
184	60.01.1054	Stent periférico expandible por balón premontado compatible con guía 0.035" diversos diámetros y longitudes.
185	60.01.1055	Stent periférico de grandes diámetros cubierto con PTFE expandible por balón premontado.
186	60.01.1056	Bibalon para grandes diámetros compatible con guía 0.035" diversos diámetros y longitudes.
187	60.01.1057	kit de introductor radial con pared ultradelgada longitus opcional de 10 ó 16 ó 25cm de 5 a 7Fr.
188	60.01.1058	balón coronario para litotrisia ultrasonica, incluye el uso de la consola.
189	60.01.1059	Dispositivo transcatéter de soporte ventricular temporal incluye la consola de soporte ventricular compatible.
190	60.01.1060	Stents periféricos , montado y desmontado. Para expandir entre 8 Y 12 mm y 14 a 25mm de diámetro y longitud entre 36 a 50 mm.
191	60.01.1061	Balones periféricos diferentes medidas de bajo perfil compatibles con introductores de 4 a 11 fr. (4mm a 25 mm de diámetro por 2, 3, 4 y 6 cm).
192	60.01.1062	Catéter balón de elastómero termoplástico libre de DEHP y látex, angulación a 35°, con marca radiopaca de platino / iridio en eje central, diámetros de 9.5 y 13.5 mm a volúmenes de 1 y 2 CC respectivamente, largo de catéter útil de 50cm.
193	60.01.1063	Balón de elastómero termoplástico libre de DEHP y látex, perfil de 3 y 4Fr, dos marcas radiopacas de platino/iridio en los hombros del balón, diámetros de 4 a 10mm. Longitudes que van desde 1 a 4cm.
194	60.01.1064	Introduccion largo de 30, 65 y 85 cm trenzado de inicio a fin, marca radiopaca de platino /iridio, dilatador de LDPE compatible con guía 0.035", de 12 y 14 Fr cuenta con válvula hemostática y llave de tres vías.
195	60.01.1065	Sonda esofágica para el monitoreo hemodinámico y del gasto cardiaco (incluye uso de equipo)
196	60.01.1066	Catéter de aterectomia rotacional periférico trasluminal percutanea, de ocusiones agudas y/o crónicas, diferentes diámetros y longitudes con guía de trabajo especializada 0.014. Se debere incluir consola de aterectomia periferica SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.
197	60.01.1067	Cateter de soporte periferico para cruce de lesiones cronicas 0.018 O 0.014 o 0.035".
198	60.01.1068	Stent liberador de fármaco Biolimus A9, o stent/andamio bio absorbible liberador de fármaco sirolimus.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

APÉNDICE T1. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI

Descripción	Documento
REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	 ANEXO T1 ACTUALIZADO.xlsx

APÉNDICE T4. BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI

Descripción	Documento
BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	 ANEXO T4 ACTUALIZADO.xlsx

APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI 2024

APÉNDICE T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE

Polígrafo para estudios hemodinámicos.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR07-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 2024.

	<p>Equipo diseñado para adquirir, medir, visualizar, registrar y analizar los datos pertinentes a los procedimientos hemodinámicos o de acuerdo a la siguiente descripción: EQUIPO DISEÑADO PARA ADQUIRIR, MEDIR, VISUALIZAR, REGISTRAR Y ANALIZAR LOS DATOS PERTINENTES A LOS PROCEDIMIENTOS HEMODINÁMICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 DOS MÓDULOS DE PRESIONES INVASIVAS O MAYOR 2.2 ECG SUPERFICIAL 2.3 MODULO DE TEMPERATURA 2.4 PRESIÓN NO INVASIVA. 2.5 MÓDULO DE OXIMETRÍA DIGITAL 2.6 SOFTWARE PARA MEDICIONES Y CÁLCULOS HEMODINÁMICOS 2.6.1 PRESIÓN VENOSA SISTÉMICA. 2.6.2 PRESIÓN ARTERIAL SISTÉMICA. 2.6.3 PRESIÓN VENOSA PULMONAR. 2.6.4 PRESIÓN ARTERIAL PULMONAR. 2.6.5 MONITOR LCD PARA CONSOLA 2.6.6 MONITOR ESCLAVO EN LA SALA DE HEMODINAMIA. 2.7 IMPRESORA LASER 2.8 MESA DE TRABAJO DE ACUERDO AL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE
3	Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.
4	Desfibrilador-Monitor -Marcapaso
4.1	Amplitud de ECC ajustable y ganancia automáticos.
4.2	Volumen individual ajustable del indicador sonoro de QRS.
4.3	Batería de ion-litio de larga duración.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

4.4	Monitorización mediante electrodos de desfibrilación.
4.5	Monitorización de ECG con 3 y 5 puntas.
4.6	ECG 12 derivaciones.
4.7	Desfibrilación manual.
4.8	Cardioversión sincronizada.
4.9	Marcapasos no invasivo.
4.10.	Peso: 6kg a 8Kg
5	Ecocardiógrafo tridimensional Doppler color.
5.11	Ecocardiografía de adultos.
5.12	Ecocardiografía pediátrica.
5.13	Vasculares (aplicaciones periféricas, cerebrovasculares, Doppler transcraneal temporal y orbital, y vasculares abdominales).
5.14	Ecocardiografía transesofágica (adultos y pediátrica).
5.15	Ecocardiografía con contraste (detección de ovi, im bajo e im alto).
5.16	Ecocardiografía epicárdica.
5.17	Eco 3d en tiempo real.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

5.19	Transductor transesofágicas multiplanar con rango de 2 a 3 MHz o menor a 7 MHz o mayor. Adulto y pediátrico.
5.20.	Sectorial, vectorial o arreglo en fase con el rango de 3Mhz o menor a 8 Mhz o mayor, con frecuencias armónicas, para aplicación cardiológica pediátrica.
5.21	Sectorial, vectorial o arreglo en fase con el rango de 2Mhz o menor a 4 Mhz o mayor, con frecuencias armónicas, para aplicación cardiológica adulto.
5.22	Modos tridimensionales en tiempo real
5.23	Modo M simultáneo.
5.24	Modo doppler color y power angio.
5.25	Imágenes armónicas tisulares por técnica de inversión de pulsos.
5.26	Imágenes armónicas tisulares con múltiples frecuencias con tecnología de pulso invertido y armónico codificados.
5.27	Modo de imágenes panorámicas.
5.28	Doppler color continuo y pulsado.
5.29	Con modo adaptativo en tiempo real que analice el contenido de la imagen y elimine el ruido y aumente la definición de los bordes de tejido.
5.30.	Rango dinámico del sistema de 180 db o mayor.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-1-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

5.31	Sistema digital con 30,000 canales o mayor
5.32	Con memoria de imagen cuadro por cuadro en tiempo real y modo dúplex o de 800 cuadros o mas cuadros de imágenes bidimensionales o en color.
5.33	Programa completo de reportes y cálculos
6	Equipo de ultrasonido intracoronario.
6.1	Equipo rodable.
6.2	Memoria RAM (random access memory), almacena como mínimo 25 casos de pacientes en disco duro o medios digitales, pantalla plana de cristal líquido de 19 pulgadas, auto reconocimiento de catéter, auto zoom ajustando la frecuencia del catéter
7	Equipo para mapeo tridimensional.
7.1	La estación de trabajo interfaz para usuario que controla el sistema y puede instalarse de manera móvil (en un carrito) o fija.
8	Generador de radiofrecuencia para ablación.
8.1	Microprocesador con monitoreo continuo de impedancia y temperatura. Se usa con los catéteres de ablación cardiaca .
8.2	Controles de corte automático. Monitoreo de impedancia en tiempo real
8.3	Contador de tiempo para cada aplicación de radiofrecuencia.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

84 / 90



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR07-T-7I-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

9	Bomba de irrigación.
9.1	Bomba de irrigación para ablación, con flujo de 0.6ml min 1-60ml por minutopor segundo
9.2	Límite de presión de 100 a 300psi o menor.
10	Equipo para tomografía de coherencia óptica (oct).Intravascular
10.1	El carro, móvil y compacto, contiene todos los elementos funcionales del sistema:
10.2	Motor de adquisición de imágenes.
10.3	Dos monitores (17 y 19 pulg.) y salida de vídeo remota para múltiples proyecciones.
10.4	Control del sistema y del catéter mediante el teclado o con del ratón.
12	Polígrafo para electrofisiología .
12.1	Equipo computarizado para el registro y análisis de la actividad electrofisiológica cardiaca, con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:
13	Estimulador cardiaco.
13.1	Controla la sincronización del comienzo de la marcación de pasos al p/qrs sensado.

2024
Felipe Carrillo
PUERTO

San
85 / 90

K

H





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR07-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

13.2	Hasta 6 extra estímulos, protocolo de fibrilación (s1- 30ms), protocolo automático atp tipo aicd, control rítmico avanzado múltiple, y sensible a catéteres con punta para medición ECG.
13.3	Funciones avanzadas de retroalimentación al usuario:
13.4	Disparador de gráficas para ECG/qrs, detección gráfica de control qrs, medición de la impedancia alta/baja latido a latido, aviso de falla en el catéter, extra estímulos largos y pantalla de ayuda y soporte para la señal de la estimulación.
13.5	Funciones de seguridad
13.6	Protección contra radiofrecuencia, funcionamiento con doble batería como respaldo de energía.
13.7	Unidad generadora de estímulo.
13.8	Fuente de poder para la unidad generadora del estímulo.
13.9	Transformador.
14	Fuente para marcapaso cardiaco temporal.
14.1	Dimensiones de 60 mm x 115 mm x 20 mm. o Alto: 20.3 cm, Ancho: 8.6 cm, Grosor: 4.45 cm, Peso 680 g
14.2	Reconocimiento de interferencia: secuencia de entrada ≥ 283 o Ajuste automático de la sensibilidad





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-CYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

14.3	Funcionamiento asincrónico o Cambio de modo automático durante las arritmias auriculares o generador de estímulos que alcance frecuencias de 80 hasta 800 pulsaciones por minuto en modo de estimulación rápida.
15	Equipo de guía de presión para cálculo de Flujo de Reserva Fraccional
15.1	Equipo de guía de presión para cálculo de Flujo de Reserva Fraccional para guía calibre 0.014 con transductor de presión integrado.
16	Unidad de electrocirugía para termofusión de vasos.
16.1	Electrocoagulador quirúrgico modular para hemostasia y corte, por medio de alta frecuencia con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas o de conformidad a lo siguiente: GENERADOR DE ENERGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR AVANZADA PARA SELLADO DE VASOS CON PANTALLA, MICROPROCESADOR, MEMORIA INTERNA, TECNOLOGÍA CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE TEJIDOS (20,000 VECES POR SEGUNDO) Y DE SELECCIÓN CONTINUA DE GRADUACIÓN DE LA ENERGÍA DE SALIDA; CON RECONOCIMIENTO RFID DEL DISPOSITIVO CONECTADO, ALARMAS AUDIBLES DE FINALIZACIÓN DE SELLADO Y SELLO INCOMPLETO. GENERA EL SELLO SIN FORMACIÓN DE TROMBOS QUE SOPORTA HASTA TRES VECES LA PRESIÓN SISTÓLICA NORMAL. SELLA VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO CON DAÑO TÉRMICO LATERAL MÍNIMO. TAMAÑO: 30.0 X 10.5 X 37.7 CM. PESO: 5.5 KG.”
17	Consola de crioblación. Compatible con catéteres ofertados para crioblación.
17.1	pantalla con panel de control (One- Touch o según tecnología del fabricante)



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

17.2	carro transportador según tecnología del fabricante
17.3	indicador de temperatura esofágica
17.4	Sensor del Diafragma.
17.5	interruptor de pedal
17.6	cable de alimentación
17.7	sistema de grabación
17.8	accesorios
17.8.1	Tanque de óxido nítrico
17.8.2	manguera de barrido
18	Consola de rotoablación . Compatible con catéteres ofertados (Catéter de aterectomía rotacional trasluminal percutánea.)
19	Bomba de Contra Pulsación para INTRA/AORTICO
19.1	1 BOMBA DE CONTRA PULSACIÓN PARA BALÓN INTRA-AÓRTICO, que consiste en un sistema electromecánico que se utiliza para el inflamiento y des inflamiento de los balones intraaórticos (IAB), Sistema de soporte que reduce la poscarga y aumenta la presión de perfusión coronaria, durante la diástole, en pacientes con insuficiencia cardiaca.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

Consta de los siguientes elementos:

- Bomba de contrapulsación para balón intraaórtico. Controlada por microprocesador. Capacidad de interconexión a computadora. Con o sin identificación del volumen de inflado máximo del balón. Parámetros preestablecidos mínimos para iniciar la asistencia.
- Consola de control para las siguientes funciones: encendido, apagado, espera. Modos de disparo: ECG, presión, marcapaso auricular, marcapaso ventricular, marcapaso A-V, disparo interno, rechazo a marcapaso. Relación de disparo asistencia/paciente.
- Sistema de alarmas automáticas y con posibilidad de seleccionar las que pueden ser modificadas por el usuario. Control de volumen, silenciador de alarmas. Alarmas para los siguientes parámetros: de frecuencia cardiaca, de presión arterial, batería baja, límite mínimo de contenido de helio.
- Sistema de seguridad con suspensión de bombeo automático por detección de fuga de helio.
- Control manual para: inflar y desinflar el globo.
- Sistema de impresión.
- Ajuste de inflado y desinflado del balón.
- Sincronización automática con: curva de ECG, por marcapaso auricular, ventricular o A-V, presión arterial.
- Pantalla con despliegue de las siguientes curvas: ECG, presión arterial, presión del balón.
- Con identificación o etiquetado de los valores que se obtienen para: frecuencia cardiaca, presión arterial invasiva, presión sistólica pico, presión diastólica pico, presión al fin de la diástole, presión arterial media, volumen del balón.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR017-T-71-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA 2024.

<ul style="list-style-type: none">• Indicador de: carga de la batería, contenido del tanque de helio.• Sistema para purga de condensados automático.• Sistema neumático que incluya: contenedor de helio recargable sin interrupción del funcionamiento del equipo durante su utilización.• Bomba para: suministrar volúmenes, con volumen de bombeo, frecuencia de contrapulsación, pulsaciones por minuto, protección que evite el sobre inflado.• Utilizado con un catéter balón intraaórticos.• Señales de Disparo ECG (con función de la presión aórtica registrada por el transductor de presión del IAB) Marcapasos V/AV, Marcapasos A e interna en las modalidades Automática, semiautomática o manual (configurable); permitiendo que el dispositivo se ajuste para sincronizar su actividad contrapulsatoria con la actividad cardíaca.• 100 - 240 V CA de carga nominal, 50/60HZ, A, 24V CD de materia interna.• ECG a prueba de desfibrilación tipo CF. <p>La descripción y especificación anterior del equipo solicitado es el mínimo requerido pudiendo entregar un equipo de igual o superiores características. El equipo deberá ser de reciente generación, los mantenimientos preventivos y correctivos deberán realizarse por personal calificado y deberá estar siempre disponible en la sala de hemodinamia en gratuito por el consumo de los consumibles del paquete anterior y sin ningún costo para el hospital.</p>	
---	--



2024
Felipe Carrillo
PUERTO