



GOBIERNO DE
MÉXICO



DELEGACION ESTATAL EN JALISCO	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. No. LA-50-GYR-050GYR002-N-81-2024
ACTA DEL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR002-N-81-2024 SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE DOSIMETRIA PARA EL EJERCICIO 2024 DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34 Y 35 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCION I, 36, 36 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO,	

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 18 de abril del año 2024, se lleva a cabo la evaluación técnica de las proposiciones de la licitación pública nacional que se menciona en esta acta, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; al capítulo segundo punto 4.35 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social :

OBSERVACIONES:

Proveedor	DESCRIPCIÓN	Dictamen	Motivo	Fundamentación
FISICA MEDICA FIMERA, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE DOSIMETRIA,	Aprobado	Cumple con lo solicitado	Cumple con lo solicitado en la licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados.
RADIACIONES Y EQUIPOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE DOSIMETRIA,	No Aprobado	No Cumple con lo solicitado	No Cumple con lo solicitado en la licitación pública internacional bajo la cobertura de - tratados. No presenta las siguientes normas solicitadas en las bases de la licitación publica nacional, son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> NOM-012-NUCL-2016 Requisitos y criterios de funcionamiento que deben cumplir los instrumentos de medición de radiación ionizante y los dosímetros de lectura directa, publicada en el



GOBIERNO DE
MÉXICO



			<p>D.O.F. el día 16 de enero de 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, publicada en el D.O.F. el día 15 de septiembre de 2006. • NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante, publicada en el D.O.F. el día 31 de octubre de 2012.
--	--	--	---

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el ACTA DEL **DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION EN COMENTO** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, siendo 14:30 Hrs del día 18 de abril del 2024, elaborando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, firmando al calce y al margen, las personas que en ella actuaron.

Por el instituto Mexicano Del Seguro Social

COORDINADOR DE INGENIERIA BIOMEDICA

Christopher Guillermo Oliva Niehus

ING. CHRISTOPHER GUILLERMO OLIVA NIEHUS.
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

