

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 16:00 horas, del 01 de marzo de 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el cierre de la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción II, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la Ley de la Materia, el acto fue presidido por la Lic. María José Carrillo Capacete, Jefa de la Oficina de Adquisición de bienes y contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante mediante oficio 14A660611000/375/23 suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento al numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social actualizadas al mes de octubre de 2023, y a los puntos 8 y 10 de las funciones sustantivas de las áreas a su cargo conforme el manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

El funcionario público que preside el presente acto, fue asistido por la Dra. Sandra Judith Vázquez Avelar, Enc. De la Coordinación Auxiliar de Segundo Nivel de Atención a la Salud, como área técnica quien solventa las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

Numero	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
1	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 9 DEL LICITANTE SINCRONIA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL PORCENTAJE REQUERIDO DE REGISTROS SANITARIOS, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS CON QUE EL IMSS EMITE SUS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LAS DIVERSAS ENTIDADES PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS, LA CUAL ES DEL MÍNIMO DEL 80 POR CIENTO DE REGISTROS SANITARIOS QUE CONFORMAN LAS PROPUESTAS; YA QUE A FIN DE CUENTAS, QUIEN RESULTE ADJUDICADO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA TOTALIDAD DE LOS REGISTROS QUE CONFORMAN SU PROPUESTA EN UN PLAZO DE 10 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O FALLO; LO ANTERIOR PARA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL 100 % DE LOS REGISTROS SANITARIOS



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

Numero	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
2	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 10 DEL LICITANTE SINCRONIA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS CON QUE EL IMSS EMITE SUS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LAS DIVERSAS ENTIDADES PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS, LA CUAL ES DEL MÍNIMO DEL 80 POR CIENTO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE CONFORMAN LAS PROPUESTAS; YA QUE A FIN DE CUENTAS, QUIEN RESULTE ADJUDICADO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA TOTALIDAD DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE CONFORMAN SU PROPUESTA EN UN PLAZO DE 10 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O FALLO; LO ANTERIOR PARA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL 100 % DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD
3	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 9 DEL LICITANTE SINCRONIA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL PORCENTAJE REQUERIDO DE REGISTROS SANITARIOS, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS CON QUE EL IMSS EMITE SUS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LAS DIVERSAS ENTIDADES PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS, LA CUAL ES DEL MÍNIMO DEL 80 POR CIENTO DE REGISTROS SANITARIOS QUE CONFORMAN LAS PROPUESTAS; YA QUE A FIN DE CUENTAS, QUIEN RESULTE ADJUDICADO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA TOTALIDAD DE LOS REGISTROS QUE CONFORMAN SU PROPUESTA EN UN PLAZO DE 10 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O FALLO; LO ANTERIOR PARA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL 100 % DE LOS REGISTROS SANITARIOS
4	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 10 DEL LICITANTE SINCRONIA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS CON QUE EL IMSS EMITE SUS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LAS DIVERSAS ENTIDADES PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS, LA CUAL ES DEL MÍNIMO DEL 80 POR CIENTO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE CONFORMAN LAS PROPUESTAS; YA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL 100 % DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD






ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

Numero	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			QUE A FIN DE CUENTAS, QUIEN RESULTE ADJUDICADO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA TOTALIDAD DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE CONFORMAN SU PROPUESTA EN UN PLAZO DE 10 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O FALLO; LO ANTERIOR PARA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	
5	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA 12 DEL LICITANTE SINCRONIA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN CUADRO DE TEXTO LOS PROCEDIMIENTOS, BIENES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPOS, EN ALUCIÓN AL EVENTO LA-50-GYR-050GYR002-T-58-2024, CUMPLIENDO ASÍ CON LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE INDEPENDIENTEMENTE DE LA MARCA DE AGUA QUE EL TITULAR DEL REGISTRO INTEGRE EN SUS DOCUMENTOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LAS CONDICIONES NO SON NEGOCIABLES, DEBERA A PEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION.
6	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PREGUNTA 10 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA RESPUESTA OTORGADA SERA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES Y SE DEBERA OFERTAR LOS EQUIPOS RELACIONADOS A ALGUN CONSUMIBLE EN EL ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACION
7	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PREGUNTA 15 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CATALOGO ROPA DESECHABLE PARA HEMODINAMIA, PAQUETE COMPLETO PARA CORONARIOGRAFIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
8	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PREGUNTA 16 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE, YA QUE, EL OFERTAR UN STENT DE UN SOLO MEDICAMENTO LIMITA LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS DERECHOHABIENTES. POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERAN OFERTAR: PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

## ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

Numero	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
9	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PREGUNTA 25 SUMINISTROS MEDICOS	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE, YA QUE, EN LAS PRESENTAS BASES SE SOLICITA EL RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, Y EL NO OFERTARLO AFECTARIA LA RESISTENCIA DEL CONSUMIBLE PARA EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES. POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA OFERTAR: CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA O DOBLE ESPIRAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.0 14" DE DIÁMETRO Y 175CM A 195CM D E LONGITUD.	SE ACEPTA
10	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PREGUNTA 13 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS RESPETUOSAENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA DE INCLUIR LA UNIDAD DE CALENTAMIENTO, YA QUE EN LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SE LE CONFIRMO QUE EN CASO DE QUE UN BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ESTE ASOCIADO A UN EQUIPO MÉDICO, SE DEBERA OFERTAR EL EQUIPO ASOCIADO ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE ESPECIFICAMENTE LA UNIDAD DE CALENTAMIENTO NO SE REQUIERE.
11	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PAG. 37, ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE PROPORCIONARA CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEL COMPLEMENTO 60.01.1068, YA QUE, NO SE CONSIDERO DENTRO DE LA TABLA DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DE LAS ACLARACIONES POR PARTDE DE LA CONVOCANTE Y ESTE COMPLEMENTO SE SOLICITO INICIALMENTE EN EL ANEXO T1 REQUERIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, O EN CASO CONTRARIO NOS CONFIRME QUE ESTE COMPLEMENTO NO FORMARA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA. ¿ES CORRECTO?	EL BIEN DE CONSUMO 60.01.1068 SE ELIMINA DEL ANEXO T1
12	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PREGUNTA 26 DEL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA	CON BASE A LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA SOLICITAMOS NOS CONFIRME LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS A CONSIDERAR DEL CATETER PARA ULTRASONIDO INTRACORONARIO, ASI MISMO NOS CONFIRMEN SE DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA.	LA CANTIDAD MININA ES DE 14 Y MÁXIMA 35 CATÉTER DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO, SI DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SU PRPOPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024  
 SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

Numero	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
13	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PREGUNTA 5 DEL LICITANTE INTEGMEV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE, YA QUE, EL OFERTAR UN STENT DE UN SOLO MEDICAMENTO LIMITA LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS DERECHOHABIENTES. POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERAN OFERTAR: PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
14	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PREGUNTA 6 DEL LICITANTE INTEGMEV	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE, YA QUE, EL OFERTAR UN STENT LIBRE DE POLIMERO NO ES LO MISMO QUE UN STENT CON POLIMERO BIOABSORBIBLE SOLICITADO INICIALMENTE EN LAS BASES. POR LO QUE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA OFERTAR: PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
15	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	PREGUNTA 7 DEL LICITANTE INTEGMEV	EL LICITANTE OFERTA UN DIAMETRO DESDE 1.0 A 3.5 MM LO QUE REDUCE LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA EL PACIENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y NOS CONFIRME QUE LOS DIAMETROS A OFERTAR SON DE 1.25 A 4.50 MM ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
16	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.	DE ACUERDO AL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, EN EL APARTADO DE CUMPLIMIENTO, ENTENDEMOS QUE, SI PRESENTAMOS CONTRATOS CON DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS, SE PRESENTARA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE UNA U OTRA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: A) FIANZAS CANCELADAS B) ESCRITO DE LIBERACIÓN DE FIANZAS DE LOS CUALES DEBERÁN TENER	ES CORRECTA SU APRECIACION

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

Numero	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			RELACIÓN A LOS SOLICITADO EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN, REFERIDOS EN LOS RUBROS: NUMERAL 2, INCISOS: A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE Y B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE; PRESENTANDO MÍNIMO UN DOCUMENTO O MÁXIMO 5 DOCUMENTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
17	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	B) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS	DE ACUERDO AL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, EN EL APARTADO DE B) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS, ENTENDEMOS QUE, EL 5% CUANDO MENOS; SE REFIERE A LA TOTALIDAD DE LA PLANTILLA DE SERVICIO. ASÍ MISMO EL PERSONAL A CONSIDERAR TENDRÁ QUE CUMPLIR CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE SEIS MESES, MISMA QUE SE COMPROBARÁ CON EL AVISO DE ALTA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Y UNA CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE DICHS TRABAJADORES SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
18	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	PREGUNTA 9 SINCRONIA MEDICA APLICADA S.A. DE C.V.	DERIVADO DE LA RESPUESTA DADA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL PRESENTAR "COMPROBANTE DE TRÁMITE DE PRÓRROGA" EMITIDO POR LA COFEPRIS, O EN SU CASO, COPIA SIMPLE DE LA "CONSTANCIA DE PRÓRROGA" EN LA CUAL NO VENGA IMPRESO EL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO, PUESTO QUE NO DEPENDE DEL TITULAR DEL REGISTRO EL QUE VENGA O NO EL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO POR SER UN DOCUMENTO EMITIDO POR UNA DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ¿SE ACEPTA?	NO SE CAEPTA
19	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	PREGUNTA 26 SINCRONIA MEDICA APLICADA S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DERIVADO DE LA RESPUESTA DADA SE INTEGRARA EL NUMERAL 60.01.845 CATÉTER PARA ULTRASONIDO INTRACORONARIO.LNCLUYE EQUIPO, Y QUE SERA OBLIGATORIO OFERTARLO Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQLUATORIA CORRESPONDIENTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

Numero	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
20	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	PREGUNTA 27 SINCRONIA MEDICA APLICADA S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DE LA RESPUESTA DADA, NOS INDIQUE CON CLARIDAD SI ACEPTARAN PRODUCTOS Y DOCUMENTACIÓN REGULADORA DE ESTA MARCA, YA QUE AL NO DAR CLARIDAD EN ESTE PUNTO LOS LICITANTES NO SABREMOS SI ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO, POR TAL MOTIVO NOS DEJAN EN LA INCERTIDUMBRE	SE VERIFICARA A LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE LICITACION, QUE NO SE ENCUENTREN SANCIONADOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
21	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	PREGUNTA 27 SINCRONIA MEDICA APLICADA S.A. DE C.V.	DERIVADO DE LA RESPUESTA DADA SOLICITAMOS CONSIDERE DADO QUE LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. NOTIFICO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO A SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS NI DAR APOYOS PARA NUEVOS EVENTOS LICITATORIOS POR UN AÑO, CON LO QUE EL ABASTECIMIENTO QUEDA EN LA INCERTIDUMBRE Y CON ELLO LOS PROCEDIMIENTOS, LO QUE AL FINAL AFECTARA A LOS PACIENTES.	SU PREGUNTA NO VERSA SOBRE LA RESPUESTA OTORGADA
22	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA NO. 9 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.	ACLARAMOS QUE EL OBJETIVO DE OFERTAR MAS DE UNA MARCA CONSISTE EN CUMPLIR AL 100% CON LAS ESPECIFICACIONES QUE DEFINE LA CONVOCANTE EN CADA BIEN DE CONSUMO, ADEMÁS DE GARANTIZAR EL ABASTO DURANTE TODO EL PERIODO DEL CONTRATO. LE PEDIMOS AMABLEMENTE RECONSIDERRE SU RESPUESTA. FAVOR DE ACLARAR.	SE REITERA SE ACEPTA OFERTE DOS MARCAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE
23	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTAS NOS. 3, 4 Y 24, REFERENTE A LOS BCC 60.01.862, 60.01.909 Y 60.01.909 DEL LICITANTE INTEGMEV, S.A. DE C.V.	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA ÚNICAMENTE OFERTAR BIENES DE CONSUMO COMPATIBLES CON EL INYECTOR DE FLUJO VARIABLE QUE TIENE INSTALADA LA UNIDAD, MISMO QUE NO SE DETALLA ESPECIFICAMENTE EN EL ANEXO T20, EL CUAL LO MENCIONA SOLO CON UN ACCESORIO DEL ANGIOGRADO ALLURA, POR LO QUE LE PEDIMOS CONFIRME MARCA Y MODELO DEL INYECTOR DE FLUJO VARIABLE PARA LOS LICITANTES OFERTEN EL CONSUMIBLE COMPATIBLE. FAVOR DE ACLARAR.	SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR
24	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA NO. 10, DEL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	CONSIDERAMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO LA CONVOCANTE, LA RESPUESTA DEBERÍA SER "NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL 100% DE LOS CERTIFICADO DE CALIDAD", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION

## ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

Numero	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
25	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA NO. 26, DEL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE INLCUIR EL BCC INVOLUCRADO, 60.01.845 CATETER DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO, LO INCLUYA EN EL ANEXO T1; INDICANDO MIN Y MAX PARA TODO EL PERIODO.	LA CANTIDAD MININA ES DE 14 Y MÁXIMA 35 CATÉTER DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO
26	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	RE-PREGUNTA ANTERIOR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EL EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRAVASCULAR, EL CUAL SE REPORTA EN EL ANEXO T20 COMO PROPIEDAD DE LA UNIDAD, LOS LICITANTES NO TENDRAN QUE INTEGRARLO EN SU PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR.	LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL IMSS NO FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA
27	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA NO. 26, DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL , S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE QUE SERAN EQUIVALENTES DE CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA DISPOSITIVOS MEDICOS LOS SIGUIENTES: ISO 13485, FDA, CCEE, JIS Y CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTRURA DEL PAIS DE ORIGEN, TODA VEZ QUE UN CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, NO GARANTIZA LAS BUENAS PRACTICAS Y/O CALIDAD. ASIMISMO, NO APLICA COMO CERTIFICADO DE CALIDAD EN FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS EL ISO 9001, A MENOS QUE LO MENCIONE EN SU ALCANCE. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA
28	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	ACLARACION DE LA CONVOCANTE, TAABLA PUNTOS Y PORCENTAJES, INCISO A.3) DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO	FAVOR DE ACLARAR QUE LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR UNICAMENTE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS O DIPLOMAS, SOLO DE LO EQUIPOS INLCUIDOS EN EL ANEXO T11. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
29	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA NO. 38, DEL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	POR LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V., ENTENDEMOS QUE SE PUEDEN OFERTAR MAS DE UNA MARCA PARA UN BIEN DE CONSUMO, TODA VEZ QUE EN CONJUNTO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA DESCRIPCION. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION

Se informa a los licitantes que el Evento de la Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el **08 de marzo del 2024 a las 11:00 horas** vía medios electrónicos.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica:

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS


No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

<https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/> Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Periférico sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, un ejemplar de la presente acta en el pizarrón de avisos disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 17:05 horas, del día, mes y año en que se actúa

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. María Jose Carrillo Capacete	Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dra. Sandra Judith Vázquez Avelar	Coordinación Auxiliar de Segundo Nivel de Atención a la Salud	
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Área de Adquisiciones	

Por el órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control Especifico, designado mediante oficio número 00641/30.102/0606/2024	

