

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 09:00 horas, del 01 de marzo de 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción II, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la Ley de la Materia, el acto fue presidido por la Lic. María José Carrillo Capacete, Jefa de la Oficina de Adquisición de bienes y contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante mediante oficio 14A660611000/375/23 suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento al numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social actualizadas al mes de octubre de 2023, y a los puntos 8 y 10 de las funciones sustantivas de las áreas a su cargo conforme el manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

El funcionario público que preside el presente acto, fue asistido por la Dra. Sandra Judith Vázquez Avelar, Coordinación Auxiliar de Segundo Nivel de Atención a la Salud, como área técnica quien solventa las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

Numero	NOMBRE DEL LICITANTE:	NUMERO DE PREGUNTAS
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.	28
2	INTEGMEV, S.A. DE C.V.	24
3	SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	47
4	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27
5	VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	31

PROVEEDOR: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA, 3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS, TIPO DE LICITACIÓN	AL NO CONSTITUIR UNA ADQUISICIÓN DE BIENES SINO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, CONFORMADO POR EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y BIENES DE CONSUMO COMPATIBLES CON EL EQUIPO MÉDICO Y ENTRE SI, LOS CUALES NO PASAN A SER PROPIEDAD DEL IMSS, LOS BIENES NO ESTÁN SUJETOS A LOS TRATADOS, POR LO QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS PODRÁN PROVENIR DE PAÍSES NO SOCIOS Y ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES ACREDITEN SU NACIONALIDAD, YA SEA MEXICANA O DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TLC CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LOS BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS DEBERAN CONTAR CON ORIGEN DE ALGUNOS DE LOS PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TLC O NACIONAL
2	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA, 6.1 DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA, PUNTO I.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A "LA CONVOCANTE" NOS PERMITA PRESENTAR OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA CON FECHA DE 15 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACION DE	SE ACEPTA, ASI MISMO, EL DÍA DE APERTURA DE PROPUUESTAS SE VERIFICARA POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PROPOSICIONES. DEBIDO A QUE SI SE DESCARGA EL MISMO DÍA DE LA APERTURA SE CORRE EL RIESGO DE NO PODER CARGAR NUESTRA PROPUESTA EN COMPRANET A TIEMPO. ¿SE ACEPTA?	SOCIAL.
3	TÉCNICO	ANEXO 2A, ANEXO TECNICO, NUMERAL 4.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A "LA CONVOCANTE" NOS PERMITA OFERTAR PERSONAL PARA SUPERVISOR DE OPERACIONES CON CARRERA ADMINISTRATIVA O AFINES, YA QUE ESTE PERSONAL NO REALIZARA LABORARES DENTRO DE LA SALA DE HEMODINAMIA DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
4	TÉCNICO	ANEXO 2B, TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A "LA CONVOCANTE", NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS (NUMERAL 4.2.2), CATÁLOGOS (NUMERAL 4.2.3) Y CERTIFICADOS DE CALIDAD (NUMERAL 4.2.4.2) POR FAMILIA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
5	TÉCNICO	ANEXO 2B, TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4.2.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A "LA CONVOCANTE" NOS PERMITA PRESENTAR PARA AQUELLOS BIENES DE CONSUMO EN LOS QUE NO APLIQUE REGISTRO SANITARIO, SEA SUFICIENTE CON PRESENTAR COPIA DEL ACUERDO PUBLICADO EL DOF DONDE SE MANIFIESTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO., TODA VEZ QUE POR EL TRÁMITE DE CARTA DE LA COFEPRIS ES MUY PROLONGADO Y LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN PARA ESTE EVENTO DE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
6	TÉCNICO	ANEXO 2B, TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4.2.11	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A "LA CONVOCANTE" PODER OFERTAR COMO TÉCNICO A EGRESADOS DE LAS SIGUIENTES CARRERAS: ENFERMERÍA, MEDICINA, INGENIERÍA BIOMÉDICA, INGENIERÍA BIÓNICA, QUÍMICA FÁRMACO BIOLÓGICA, QUÍMICA FARMACÉUTICA, BIOTECNOLOGÍA, INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN SECTOR SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CARTA PASANTE, TÍTULO O COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y/O TÍTULO PROFESIONAL O EN SU CASO CONSTANCIA DE AVANCE DEL 75% AL 100% DE CRÉDITOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
7	TÉCNICO	ANEXO 2B, TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4.2.16	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A "LA CONVOCANTE" NOS PERMITA PRESENTAR AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO LE APLIQUEN A MI REPRESENTADA CON LA LEYENDA NO APLICA EN MARCA DE AGUA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
8	TÉCNICO	ANEXO 2B, TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4.2.17 Y 4.2.18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A "LA CONVOCANTE" CONFIRME QUE SOLO SERÁN CONSIDERADOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA LOS CONTRATOS QUE HAGAN REFERENCIA A UN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL RELACIONADO CON LA HEMODINAMIA Y/O PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES TALES COMO: CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, CARDIOLOGÍA ESTRUCTURAL Y CONGÉNITA, ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA E IMPLANTE DE DISPOSITIVOS ESTIMULACION CARDIACA, ANGIOLOGÍA O VASCULAR PERIFÉRICO, TERAPIA ENDOVASCULAR NEUROLÓGICA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, QUEDANDO EXCLUIDOS AQUELLOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9	TÉCNICO	ANEXO T1 REQUERIMIENTO	EN CASO DE QUE UN LICITANTE INCLUYA VARIAS MARCAS EN UNA SOLA PARTIDA (BCB O BCC) PARA CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE "LA CONVOCANTE" NO SEAN EVALUADAS POR SEPARADO, YA QUE JUNTAS CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR CADA MARCA QUE OFERTE DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE
10	TÉCNICO	ANEXO T1 REQUERIMIENTO	EN CASO DE QUE UN BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, ESTÉ ASOCIADO A UN EQUIPO MÉDICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME SI SERÁ OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES OFERTAR EL EQUIPO ASOCIADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO Y QUE FORMARÁ PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO CATÁLOGO, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE CALIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
11	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O CLVSI 60.01.848	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR CATÉTERES DE 4 A 6 FR, YA QUE NINGÚN FABRICANTE COMERCIALIZA EN MÉXICO CATÉTERES DIAGNÓSTICOS EN 7 Y 8 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
12	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O CLVSI 60.01.871	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLAGENO PARA CIERRE DE CALIBRES 6 Y 8 FR", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
13	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O CLVSI 60.01.900	SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR ARTERIAL O VENOSO, CALIBRE 4, 5, 6, 7 Y 8 FR, LONGITUD DE 10 Y 25 CM, CON GUIA 0.025", 0.035 Y 0.038", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
14	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CLVSI 60.01.920	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MANTA TÉRMICA, CON CELDAS AUTOLOGAS QUE SE ACTIVAN AL CONTACTO CON LA PIEL DEL PACIENTE PARA GENERAN CALOR, DE ESTA FORMA NO ES NECESARIO CONECTARLA A NINGÚN EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
15	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CLVSI 60.01.941	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR Y REFENCIAR ESPECÍFICAMENTE UN PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA. FAVOR DE CONFIRMAR.	LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR Y REFENCIAR ESPECÍFICAMENTE UN PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA
16	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CLVSI 60.01.944	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN STENT CON REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS O BIOLIMUS O ZOTAROLIMUS, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA, ENTENDIENDO QUE TODOS ESTOS FÁRMACOS HAN DEMOSTRADO EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
17	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CLVSI 60.01.961	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE CON NITINOL PARA USO VASCULAR O BILIAR, COMPATIBLE CON GUIA 0.014" A 0.035", DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES" CON MARCAS RADIOPACAS DE TANTALIO, ORO, O BIEN CUERPO COMPLETO CON RADIOPACIDAD, SIN NECESIDAD DE MARCADORES RADIOPACOS ADICIONALES", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
18	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CLVSI 60.01.978	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATETER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DIAMETROS DE 1.1 A 4.5 MM Y LONGITUD MÍNIMA ENTRE 6 Y 8 MM Y LONGITUD MÁXIMA DE 30 MM", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
19	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PROCEDIMIENTO 60.01.001, BCB 109; 60.01.012, BCB113; 60.01.028, BCB113 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INTRODUCIDORES DE 4 A 10 FR, ENTENDIENDO QUE DIÁMETROS SUPERIORES SON PROPIOS PARA PROCEDIMIENTOS NO SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
20	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PROCEDIMIENTO 60.01.004, BCB 84, 60.01.007, BCB 86, 60.01.008, BCB 86. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA GUÍA CORONARIA CON LUNGITUD ENTRE 175 Y 190CM DE LONGITUD, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
21	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PROCEDIMIENTO 60.01.011, BCB108. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL INTRODUCTORES CON LONGITUD DE ENTRE 7 Y 11 CM, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
22	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PROCEDIMIENTO 60.01.011, ENTENDEMOS QUÉ DEBEMOS OFERTAR SOLO UNO DE LOS DISPOSITIVOS BCB148, BCB149,BCB150 Y BCB152, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
23	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PARA LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO BCB1 Y BCB2, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, CALIBRE 18 A 21 G, LONGITUD DE 3.8 A 7 CM, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
24	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PARA LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO BCB108, BCB109, BCB112, BCB113 Y BCB121 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INTRODUCOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CALIBRE 4, 5, 6, 7, 8 Y 10 FR, LONGITUD 5, 7, 10 Y 25 CM, COMPATIBLE CON GUÍA 0.021" A 0.038" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
25	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PARA LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO BCB115, BCB122, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INTRODUCOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO CALIBRE 4, 5, 6 Y 7 FR, LONGITUD 10 A 25 CM, COMPATIBLE CON GUÍQ 0.021" A 0.025" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
26	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PARA LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO BCB86, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CUERDA GUÍA CORONARIA CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y OPCIONALMENTE DE 175CM A 300CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
27	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PARA LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO BCB47, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN "CATETER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DIAMETROS DE 1.1 A 4.5 MM Y LONGITUD MINIMA ENTRE 6 Y 8 MM Y LONGITUD MÁXIMA DE 30 MM", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
28	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	PARA LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO BCB152, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN "SISTEMA DE OCLUSORES PARA CIERRE PERCUTANEO DE DEFECTOS SEPTALES DE NITINOL CON DISCOS DE RETENCION PROXIMAL Y DISTAL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIESTER, COMPATIBLE CON SISTEMA DE	SE ACEPTA

2024
Félix Cervilla
PUNTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-58-2024


SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			LIBERACION 7 A 12 FR. INCLUYE SISTEMA DE LIBERACION Y BALON DE MEDICION", YA QUE EL RANGO DE OCLUSORES SEPTALES OFERTADOS (4-40 MM) NO REQUIEREN UN SISTEMA DE 14 FR, GRACIAS A SU MEJOR PERFIL ¿SE ACEPTA?	

PROVEEDOR: INTEGMEV, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	OTROS	NUMERAL 6.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA	CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN DE LOS LICITANTES Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, EN SU CASO, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA CONFORMAN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. PARA TAL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA CONSECUTIVA INICIANDO CON LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA FOLIAR INDEPENDIEMENTE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA, ECONÓMICA Y EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN NUESTRA PROPOSICIÓN.	SE ACEPTA
2	OTROS	NUMERAL 23 RELACION DE ANEXOS DE LA CONVOCATORIA.	FORMATOS T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10 T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T17, T23, T24 ENTENDEMOS QUE ESTOS FORMATOS SERÁN PRESENTADOS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
3	TÉCNICO	ANEXO T1. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O. 60.01.862	60.01.862 CONTROLADOR MANUAL ESTÉRIL PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE CON FLUJO VARIABLE. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CONTROLADOR MANUAL ESTÉRIL PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE CON FLUJO VARIABLE Y MODO FIJO PARA LAVADO CON SOLUCIÓN SALINA, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	SE ACEPTA
4	TÉCNICO	ANEXO T1. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O. 60.01.909	60.01.909 JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE Y MODO FIJO PARA LAVADO CON	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: INTEGMEV, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SOLUCIÓN SALINA, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	
5	TÉCNICO	ANEXO T1. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O. 60.01.944	60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE SIRULIMUS CROMO COBALTO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	SE ACEPTA
6	TÉCNICO	ANEXO T1. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O. 60.01.945	60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE SIRULIMUS EN CROMO COBALTO LIBRE DE POLIMERO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	SE ACEPTA
7	TÉCNICO	ANEXO T1. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O. 60.01.978	60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.25 A 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM. Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.0 A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 5 A 30 MM. Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA	SE ACEPTA

2024
Firma
[Illegible]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: INTEGMEV, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.5 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 10 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 155CM DE LARGO, CON SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	
8	TÉCNICO	ANEXO T1. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O. 60.01.1068	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.1068 STENT LIBERADOR DE FÁRMACO BIOLIMUS A9, O STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS. YA QUE SON ESPECÍFICAS DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	SE ACEPTA.
9	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	2. POLÍGRAFO PARA ESTUDIOS HEMODINÁMICOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA ELIMINACIÓN DEL EQUIPO POLÍGRAFO PARA ESTUDIOS HEMODINÁMICOS, TODA VEZ QUE LA UNIDAD YA CUENTA CON ESTE EQUIPO.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
10	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	4. DESFIBRILADOR-MONITOR - MARCAPASO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA ELIMINACIÓN DEL EQUIPO DESFIBRILADOR-MONITOR - MARCAPASO, TODA VEZ QUE LA UNIDAD YA CUENTA CON ESTE EQUIPO.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
11	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	5. ECOCARDÍGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA ELIMINACIÓN DEL EQUIPO ECOCARDÍGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR., TODA VEZ QUE LA UNIDAD YA CUENTA CON ESTE EQUIPO.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
12	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE INYECCIÓN DE CAUDAL VARIABLE Y MODULABLE POR OPERADOR, PROGRAMABLE FIJO HASTA 45 ML/S Y VARIABLE HASTA 10 ML/S CON POSIBILIDAD DE PROGRAMAR CARGA Y DESCARGA, CON DETECCIÓN DE AIRE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: INTEGMEV, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
13	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	7. EQUIPO PARA MAPEO TRIDIMENSIONAL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR EL EQUIPO PARA MAPEO TRIDIMENSIONAL. YA QUE ES ESPECÍFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
14	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	8. GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR EL GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN. YA QUE ES ESPECÍFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
15	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	9. BOMBA DE IRRIGACIÓN. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR LA BOMBA DE IRRIGACIÓN. YA QUE ES ESPECÍFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
16	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	12. POLÍGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGÍA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR EL POLÍGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGÍA. YA QUE ES ESPECÍFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
17	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	13. ESTIMULADOR CARDIACO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR EL ESTIMULADOR CARDIACO. YA QUE ES ESPECÍFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
18	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	17. CONSOLA DE CRIOABLACIÓN. COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS PARA CRIOABLACIÓN. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR LA CONSOLA DE CRIOABLACIÓN. COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS PARA CRIOABLACIÓN. YA QUE ES ESPECÍFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: INTEGMEV, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
19	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	18. CONSOLA DE ROTOABLACIÓN . COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS (CATÉTER DE ATRECTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA.) SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR LA CONSOLA DE ROTOABLACIÓN . COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS (CATÉTER DE ATRECTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA.) YA QUE ES ESPECÍFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
20	TÉCNICO	ANEXO T4 PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.011	60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP). SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR EL PROCEDIMIENTO DE PARTIDA GENERAL 60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP). YA QUE ES ESPECÍFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	NO SE ACEPTA
21	TÉCNICO	ANEXO T4 PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.012	60.01.012 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE OREJUELA AURICULAR CON OCLUSOR. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR EL PROCEDIMIENTO DE PARTIDA GENERAL 60.01.012 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE OREJUELA AURICULAR CON OCLUSOR. YA QUE ES ESPECÍFICO DE UN SOLO PROVEEDOR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	EL ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO ES INFORMATIVO, LOS PROCEDIMIENTOS A OFERTAR SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO T1 REQUERIMIENTO
22	TÉCNICO	ANEXO T1. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO. 60.01.861	60.01.861 CONSUMIBLES PARA ELECTROCOAGULACIÓN: ELECTRODO NEUTRO CON DOS ÁREAS DE CONTACTO Y LÁPIZ DE ELECTROCIRUGÍA O ELECTRODO NEUTRO DE DOS AREAS Y UN LAPIZ DE ELECTROCIRUGUIA CON 2 BOTONES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS INDIQUE SI EL EQUIPO YA ES PROPIEDAD DEL HOSPITAL.	SON BIENES DE CONSUMO, NO SON EQUIPOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO
23	TÉCNICO	ANEXO T4 PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.012	60.01.012 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE OREJUELA AURICULAR CON OCLUSOR. EN EL ANEXO T4 SE IDENTIFICA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO 60.01.012 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE OREJUELA AURICULAR CON OCLUSOR. EL CUAL NO VIENE INCLUIDO EN EL ANEXO T1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR SI SE INCLUYE Y SE COTIZARÁ DICHO PROCEDIMIENTO.	EL ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO ES INFORMATIVO, LOS PROCEDIMIENTOS A OFERTAR SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO T1 REQUERIMIENTO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: INTEGMEV, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
24	TÉCNICO	ANEXO T1. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O. 60.01.913	60.01.913 KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE: INCLUYE 1 MANIFOLD, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO, Ó KIT CON JERINGA DE 150 ML, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y CONTRASTE. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EL KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE: INCLUYE 1 MANIFOLD, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO, Ó KIT CON JERINGA DE 150 ML, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y CONTRASTE. Y MODO FIJO PARA LAVADO CON SOLUCIÓN SALINA, , CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.	SE ACEPTA

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1. DOC. LEG-ADMIN, INCISO J OPINION IMSS	REFERENTE A LA OPINIÓN DE MATERIA DE SEGURIDAD DE SOCIAL EN MESES ANTERIORES AL GENERAR DICHA CONSTANCIA LA VIGENCIA DE LA MISMA ERA DE 30 DÍAS NATURALES, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF), SE PÚBICO UN ACUERDO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EN EL CUAL MENCIONA QUE ESTA CONSTANCIA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 24 HORAS. POR LO TANTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA CONSTANCIA GENERADA CINCO DÍAS ANTES DE LA APERTURA DE PROPUESTA, COMPROMETIÉNDONOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE GENERARÁ NUEVAMENTE LA CONSTANCIA CON LA FECHA EN QUE SE NOS SEA INDICADA POR LA CONVOCANTE CON EL FIN DE COMPROBAR QUE SE ESTÁ CUMPLIMIENTO CON DICHAS OBLIGACIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, ASI MISMO, EL DÍA DE APERTURA DE PROPUESTAS SE VERIFICARA POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
2	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMATOS EN BASES	ENTENDEMOS QUE ESTOS FORMATOS T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T17, T18, T20, T23, T24, Y T27. ANTES MENCIONADOS, SE DEBERÁN DE PRESENTAR AL MOMENTO DE SER ADJUDICADO O EN EL PROCESO DEL SERVICIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
3	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA O TÉCNICA.	ENTENDEMOS DE QUE, SI ALGÚN ESCRITO O FORMATO NO LE APLICA A MI REPRESENTADA, LO PRESENTAREMOS CON LA LEYENDA EN MARCA DE AGUA DE NO APLICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO 4.3.1 REGISTROS SANITARIOS	DICE: UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, SE COMPROMETE A ENTREGAR EN COPIA SIMPLE LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTE AL 100% DEL EQUIPO MÉDICO, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS... REFERENTE A ESTE ESCRITO, DONDE SE SEÑALA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ENTREGARA UNA COPIA SIMPLE DE REGISTROS SANITARIOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA UNA SEGUNDA OPCIÓN EL PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS EN UN DISPOSITIVO USB, CON LA INTENCIÓN DE NO GENERAR TANTO DOCUMENTO IMPRESO Y TENER UN MEJOR MANEJO DE DOCUMENTACIÓN Y CONSULTA PARA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
5	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO 4.3.2 CERTIFICADO DE CALIDAD	DICE: UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, SE COMPROMETE A ENTREGAR EN COPIA SIMPLE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 100% DEL EQUIPO MÉDICO, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS... REFERENTE A ESTE ESCRITO, DONDE SE SEÑALA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ENTREGARA UNA COPIA SIMPLE DE REGISTROS SANITARIOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA UNA SEGUNDA OPCIÓN EL PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS EN UN DISPOSITIVO USB, CON LA INTENCIÓN DE NO GENERAR TANTO DOCUMENTO IMPRESO Y TENER UN MEJOR MANEJO DE DOCUMENTACIÓN Y CONSULTA PARA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
6	LEGAL - ADMINISTRATIVA	8- ASISTENCIA TÉCNICA.	DADO A LA TABLA (8.1.) QUE ESTÁ INTEGRADA EN LAS BASES, ENTENDEMOS QUE CON PRESENTAR UN SUPERVISOR Y DOS TÉCNICOS LOS CUALES CUBRIRÁN LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO, ASÍ COMO URGENCIAS; SE CUBRIRÁ CON LA PLANTILLA SOLICITADA PARA ESTE SERVICIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			APRECIACIÓN?	
7	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1. DOC. LEG-ADMIN, INCISO K	DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS BIENES QUE OFERTEMOS, ESTE ANEXO SE PRESENTARA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADO POR MI REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
8	TÉCNICO	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO PRESENTAR REGISTRO SANITARIOS Y CERTIFICADOS CON MARCA DE AGUA DE OTRO EVENTO LICITATORIO, YA QUE NO LO MENCIONA COMO MOTIVO DE DESECHAMIENTO EN LA PRESENTE COVOCATORIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL LICITANTE DEBERA REFERIRSE AL EVENTO LA-50-GYR-050GYR002-T-58-2024
9	TÉCNICO	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL 80 POR CIENTO DE LOS REGISTROS SANITARIOS, DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPO, BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL 100 % DE LOS REGISTROS SANITARIOS
10	TÉCNICO	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.4.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL 80 POR CIENTO DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPO, BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL 100 % DE LOS REGISTROS SANITARIOS
11	TÉCNICO	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EN UN SOLO ARCHIVO TODOS LOS CATALOGOS, EN OTRO ARCHIVO TODOS LOS REGISTROS SANITARIOS Y EN OTRO ARCHIVO TODOS LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, CON EL FIN DE FACILITAR LA REVISIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
12	TÉCNICO	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS CON MARCA DE AGUA DE OTRO EVENTO LICITATORIO, DADO QUE LOS TIEMPOS DE PRESENTACIÓN SE EMPALMAN CON OTROS EVENTOS LICITATORIOS DEL IMSS COMO ES EL CASO DE CAMPECHE, JALISCO, SONORA, ETC., Y ESTO GENERA UNA LIMITANTE A LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL LICITANTE DEBERA REFERIRSE AL EVENTO LA-50-GYR-050GYR002-T-58-2024



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
13	TÉCNICO	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS PRIMERAS DOS HOJAS Y LA HOJA DONDE SE ENCUENTRA EL INSUMO A OFERTAR DEL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PODRÁ PRESENTAR LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
14	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y EL ANEXO T20 EQUIPOS EN PROPIEDAD DEL IMSS	LOS DOS ANEXOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS BASES, ANEXO T11 PAGINA 109 Y ANEXO T20 PAGINA 119
15	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINE EL EQUIPO 7 EQUIPO PARA MAPEO TRIDIMENCIONAL, DADO QUE EN BASES NO HAY PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGIA, ¿SE ACEPTA?	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO MEDICO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
16	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINE EL EQUIPO 8 GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA PARA ABLACIÓN, DADO QUE EN BASES NO HAY PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGIA, ¿SE ACEPTA?	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO MEDICO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
17	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINE EL EQUIPO 9 BOMBA DE IRRIGACIÓN, DADO QUE EN BASES NO HAY PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGIA, ¿SE ACEPTA?	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO MEDICO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
18	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINE EL EQUIPO 12 POLIGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGIA, DADO QUE EN BASES NO HAY PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGIA, ¿SE ACEPTA?	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO MEDICO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
19	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINE EL EQUIPO 13 ESTIMULADOR CARDIACO, DADO QUE EN BASES NO HAY PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGIA, ¿SE ACEPTA?	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO MEDICO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
20	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINE EL EQUIPO 17 CONSOLA DE CRIABLACIÓN COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS PARA	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO MEDICO INTEGRAL ES INFORMATIVO,



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024
 SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CRIOABLACIÓN, DADO QUE EN BASES NO HAY PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGIA, ¿SE ACEPTA?	LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
21	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINE EL EQUIPO 10 EQUIPO PARA TOMOGRAFIA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT) INTRAVASCULAR, DE ESTE EVENTO LICITATORIO TODA VEZ QUE ESTE EQUIPO SOLO ES COMERCIALIZADO, POR LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024 Y A LA FECHA HA COMUNICADO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO A SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS NI DAR APOYOS PARA EVENTOS LICITATORIOS ¿SE ACEPTA?	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO MEDICO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
22	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUALES SERÁN LOS EQUIPOS QUE SE DEBEN OFERTAR DADO QUE MENCIONA EQUIPOS QUE SE OCUPAN EN PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGIA LOS CUALES NO CONTEMPLA ESTE EVENTO LICITATORIO, ESTO CON EL FIN DE TENER UNA MAYOR CLARIDAD	FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO T 11 DE LAS BASES
23	TÉCNICO	ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINE EL EQUIPO 5 ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR, YA QUE EN LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO NO SOLICITAN LA Sonda PARA ECO INTRACARDIACO SIN LA CUAL NO PUEDE SER UTILIZADO, ¿SE ACEPTA?	EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HE DEL PRESENTE SERVICIO MEDICO INTEGRAL ES INFORMATIVO, LOS EQUIPOS A ENTREGAR SE ENCUENTRAN EN ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
24	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O 60.01.944	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE OBLIGATORIAMENTE SE DEBEN DE OFERTAR LAS TRES PLATAFORMAS DE STENT CON LOS MEDICAMENTOS QUE AHÍ SE DESCRIBEN Y NO SOLO UNA DE LAS TRES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE DEBEN OFERTAR LAS 3 PLATAFORMAS
25	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARI O 60.01.970	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE TENDRA QUE PRESENTAR CATALOGO, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DEL INSUMO CONSUMIBLE, Y NO DEL EQUIPO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION EL PUNTO 4.2.2 DEL ANEXO 2B MENCIONA REGISTROS SANITARIOS. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPO, Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				OFERTADOS POR PARTIDA, EN ANVERSO Y REVERSO, VIGENTES Y SU ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
26	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INTEGRO EN BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO EL CATÉTER PARA ULTRASONIDO INTRACORONARIO, YA QUE VIENE EL EQUIPO PERO NO LA SONDA, Y DADO QUE ESTE INSUMO SE UTILIZA COMO APOYO PARA UN MEJOR DIAGNOSTICO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
27	TÉCNICO	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES 3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE PUEDE PRESENTAR INSUMOS DE LA MARCA ST JUDE MEDICAL O COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA SJ MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL SE ENCUENTRA INHABILITADA POR UN AÑO DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024, CONFORME A LA CIRCULAR NO. 008/2024 DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ENERO DE 2024 Y QUE A LA FECHA HA COMUNICADO QUE NO LE SERÁ POSIBLE REALIZAR EL ABASTECIMIENTO A SUS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS NI DAR APOYOS PARA EVENTOS LICITATORIOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ESTA AREA CONTRATANTE SE ABSTENDRA DE RECIBIR PROPOSICIONES O ADJUDICAR CONTRATO ALGUNO CON AQUELLOS PROVEEDORES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
28	TÉCNICO	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
29	TÉCNICO	ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO T1. CLAVE 60.01.004; PROCEDIMIENTO DE ACTP (ANGIOPLASTIA) CON BALÓN. NUMERAL BCB66; DONDE SE SOLICITA "CONECTORES EN "Y", PARA CATÉTERES DE ANGIOPLASTIA. COMPATIBLE CON ROTOR E INTRODUTOR (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT)" SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR KIT DE ACCESORIOS EL CUAL INCLUYE: CONECTOR EN "Y" (BCB66), ROTADOR DE CUERDA GUÍA (BCB143) E INTRODUTOR/INSERTOR DE GUÍA PARA ANGIOPLASTIA (BCB124). CON LA FINALIDAD DE QUE NOS PERMITAN LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
30	TÉCNICO	ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO T1. CLAVE 60.01.004; PROCEDIMIENTO DE ACTP (ANGIOPLASTIA) CON BALÓN. NUMERAL BCB55; CATÉTERES GUÍA PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, DENTRO DEL RANGO DE 5 A 8 FR., DE	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			100 CM DE LARGO. Y TIPO: JUDKINS ASA DE 3.0, 3.5, 4.0 Y 5.0 MM AMPLATZ, MP, EXTRA BACKUP. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CATETER GUIA PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA Y DERECHA ASA 3, 3.5, 4 Y 5 LONGITUD ES DE 125 CM. ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE NOS PERMITAN LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	
31	TÉCNICO	ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO T1. CLAVE 60.01.007: PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL; CLAVE 60.01.008: PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL; 60.01.011: PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP); CLAVE 60.01.028: PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN DE FILTRO DE VENA CAVA; CLAVE 60.01.29: PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO. NUMERAL BCB71; CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO CON PUNTA "J" O RECTA DE 150 Y HASTA 260 CM DE LONGITUD ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
32	TÉCNICO	ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO T1. CLAVE 60.01.007; PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL; PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL; PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL, PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP); PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN DE FILTRO DE VENA CAVA, PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO. NUMERAL BCB47; CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO	SE ACEPTA

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the page. There is also a circular stamp with the year '2024' and some illegible text.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SEMICOMPLACIENTE DE 1.0 HASTA 4.0 MM Y DE 145 CM DE LONGITUD, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO, Y ASI PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
33	TÉCNICO	ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO T1. CLAVE 60.01.008: PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL. NUMERAL BCB56; CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ, MP O EQUIVALENTE, EXTRA. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GUÍA TIPO JUDKINS PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA 3, 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR, DE 90 A 125 CM DE LARGO, Y TIPO AMPLATZ, MAMARIO, MULTIPROPOSITO O VODA O CATÉTER GUÍA EXTRA BACKUP, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
34	TÉCNICO	ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO T1. CLAVE 60.01.011: DESCRIPCIÓN; EN CASO DE CIERRE DE CIERRE INCLUYE EL USO DEL ULTRASONIDO INTRACARDIACO; NUMERAL BCB152: SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO, Y/O CON TRATAMIENTO CERAMICO, CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN DE 7 A 14FR. DIÁMETROS DE DIVERSOS DIÁMETROS INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE OCLUSOR PARA CIERRE PERCUTANEO DE DEFECTOS SEPTALES DE NIQUEL CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON PARCHES DE PET DELGADOS, COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN DE 7 A 12 FR DE DIVERSOS DIAMETROS, INCLUYE: SISTEMA DE LIBERACIÓN, BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
35	TÉCNICO	ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO T1. CLAVE 60.01.011: DESCRIPCIÓN; EN CASO DE CIERRE DE	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
37	TÉCNICO	ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO T1. CLAVE 60.01.011: DESCRIPCIÓN; EN CASO DE CIERRE DE CIA INCLUYE EL USO DEL ULTRASONIDO INTRACARDIACO; NUMERAL BCB149: SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE LIBERADOR DE OCLUSOR, QUE INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR DE 4 A 9 FR, MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL CON PARCHES DE PET PARA FORAMEN OVALPERMEABLE, TOTALMENTE RECAPTURABLE, MEDIDAS DE 25 A 35 MM A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
38	TÉCNICO	ANEXO T1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO 1. CLAVE 60.01.029: PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO. NUMERAL BCB42; CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS MARCAS DIFERENTES PARA PODER CUMPLIR CON LAS CURVAS SOLICITADAS Y ASI PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE
39	TÉCNICO	ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO 4. 60.01.970; TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA. INCLUYE EQUIPO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARTUCHO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPOS DE COAGULACIÓN. INCLUYE EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
40	TÉCNICO	ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO 4. 60.01.900; INTRODUCIDOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024


SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL POR TECNICA PERCUTANEA DE 4 A 8 FR, 10 CM DE LONGITUD, CON GUÍA VASCULAR DE 0.035". ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	
41	TÉCNICO	ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO 4. 60.01.901: INTRODUCADORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25CM CALIBRE 4 A 7 FR. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL OVENOSO POR TECNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, DE 10 A 16 CM DE LONGITUD, DE 4 A 7 FR, GUÍA 0.021". ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
42	TÉCNICO	ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO 4. 60.01.912: KIT DE PERICARDIOCENTÉSIS. INCLUYE: 1 AGUJA DE 22 G., 1 AGUJA DE 25 G., 1 JERINGA DE 12 MM., 1 JERINGA DE 20 CC., 1 JERINGA DE 60 CC, 1 BISTURÍ Y 1 AGUJA DE 3-0 CURVA CON SUTURA. (PUEDE VARIAR SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE TENQAN LA MISMA FUNCIONALIDAD Y SEAN COMPATIBLES SUS ELEMENTOSL. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR.: KIT DE PERICARDIOCENTESIS QUE INCLUYE: CATETER PIGTAIL 6 FR POR 60 CM DE LONGITUD, GUÍA CURVA "J" DE 0.035" POR 80 CM DE LONGITUD, AGUJA DE PUNCION DE 18 GA POR 9 CM DE LONGITUD, 19 GA POR 3.8 CM DE LONGITUD, 22 GA POR 6 CM DE LONGITUD, 1 HOJA DE BISTURÍ NO 11, AGUJA TIPO CHIBA PARA ACCESO 18 GA POR 15 CM DE LONGITUD, DILATADOR DE 6 FR POR 12 CM DE LONGITUD, CABLE EXTERNO DE DOBLE PINZA DE COCODRILO, PAÑO ABSORBENTE DE 46 X 66 CM, CAMPO FENESTRADO DE 41 X 41 CM, ENVOLTURA DE CSR, 10 GASAS DE 10 X 10 CM, JERINGA DE 10 ML Y 60 ML, BOLSA DE DRENAJE CON CAPACIDAD DE 1400 ML. ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
43	TÉCNICO	ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI 2024"	ANEXO 4. 60.01.978: CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.25 A 4.5 MM DE DIÁMETROY LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM. Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE	SE ACEPTA



2024
Felipe Cervantes
PRESIDENTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE DE 1.25 MM A 4.00 MM DE DIAMETRO, Y DE LONGITUD DE 6.0 MM A 30 MM, CON SISTEMA DE RAPIDO INTERCAMBIO. ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	
44	TÉCNICO	CONVOCATORIA. ANEXO TÉCNICO. PUNTO 7	SE DEBE ENTENDER QUE LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SERÁN REALIZADOS ÚNICAMENTE EN EL EQUIPO PROPIEDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRESTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
45	TÉCNICO	CONVOCATORIA, ANEXO T11	SE DEBE ENTENDER QUE SOLO SE DEBERAN OFERTAR LOS EQUIPOS QUE SE MENCIONAN EN ESTE ANEXO. ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
46	TÉCNICO	CONVOCATORIA. ANEXO T20	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS HAGA FAVOR DE INDICAR LA MARCA Y MODELO DE LOS EQUIPOS QUE TIENE EN PROPIEDAD PARA PODER REALIZAR LA OFERTA CORRECTA DE LOS CONSUMIBLES PARA LOS MISMOS.	SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR
47	ECONÓMICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONES LAS CANTIDADES MÍNIMAS DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, DADO QUE NO VIENEN EN EL CUERPO DE LAS BASES Y LO ESTÁN SOLICITANDO EN EL FORMATO ANEXO NUMERO 13 (TRECE) PROPOSICIÓN ECONÓMICA. ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?	SE CORRIGE ANEXO T1, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PROVEEDOR: SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMATOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS "T" QUE EN SU CASO NO APLIQUEN, HASTA EN CASO DE SER ADJUDICADO, SOLO SERÁN DE CONOCIMIENTO Y NO FORMARAN PARTE DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMATOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL FORMATO T25, PÓLIZA Y/O BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADA DE EQUIPOS USADOS Y EL "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE	ES CORRECTA SU APRECIACION, EN SU CASO DEBERA PRESENTAR CARTA DE EQUIPO NUEVO, SOLICITADA EN EL ANEXO 2B TÉRMINOS Y



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SERVICIO, QUE DICTAMINE O GARANTICE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA EQUIPO MÉDICO, EN CASO DE NO OFERTAR EQUIPOS USADOS, SOLO SE DEBERÁ COLOCAR NO APLICA AL FORMATO T25 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	CONDICIONES PUNTO 4.2.7
3	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA FOLIAR POR RUBRO LA DOCUMENTACIÓN ES DECIR, LO LEGAL-ADMINISTRATIVO, LO TECNICO Y LO ECONOMICO CON FOLIADOS INDEPENDIENTES CADA UNO DE ELLOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES A)	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE QUE DOCUMENTACION REQUIERE EN WORD Y EXCEL PARA LA FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA.	LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA PRESENTARLA EN PDF CON FIRMA DEL REPRESENTANTE Y EN FORMATO EXCEL
5	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1.DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA G)	ES CORRECTO ENTENDER QUE REFERENTE A LA CARTA BAJO PROTESTA QUE HACE MENCIÓN, DEBERÁ SER SOLO UN ESCRITO LIBRE, SIN INCLUIR LA DOCUMENTACION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, REGISTRO PATRONAL IMSS Y REGISTRO INFONAVIT. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
6	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1.DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA G)	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITO NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, REGISTRO PATRONAL IMSS Y REGISTRO INFONAVIT, VIGENTE.	DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN FORMATO LIBRE QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, REGISTRO PATRONAL IMSS Y REGISTRO INFONAVIT
7	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1.DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA H)	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL "SAT" VIGENTE HASTA CON 2 DIAS HÁBILES DE PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
8	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1.DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA I)	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITAN PRESENTAR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE HASTA CON 2 DIAS HÁBILES DE PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, ASI MISMO, EL DÍA DE APERTURA DE PROPUESTAS SE VERIFICARA POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
9	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1.DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA L)	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITAN PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL VIGENTE Y POSITIVA, EMITIDA POR EL INFONAVIT VIGENTE HASTA CON 2 DIAS HÁBILES DE PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
10	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.8 CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHO ESCRITO DE CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS, SOLO SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS, POR LO QUE SE DEBERÁ OMITIR DICHO ESCRITO SI SOLO OFERTAMOS EQUIPOS NUEVOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
11	ECONÓMICO	BASES HEMODINAMIA JALISCO. ANEXO 13 PROPOSICIÓN ECONÓMICA	PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECÓNOMICA, EN LO REFERENTE A BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS Y DADO QUE NO SE INDICAN EN EL ANEXO "T1" LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE DICHOS BIENES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA A PRESENTAR ¿SE ACEPTA?	SE CORRIGE ANEXO T1, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE
12	ECONÓMICO	BASES HEMODINAMIA JALISCO.- ANEXO 13 PROPOSICIÓN ECONÓMICA	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA ANTERIOR PREGUNTA, DEBEMOS ENTENDER QUE LA SUMA TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ESTARA INTEGRADA POR 2 IMPORTES; ESTO ES, UN IMPORTE QUE CONSIDERE LA SUMA DE TOTAL DE LOS PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS MAS LAS SUMA DEL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES COMPLEMENTARIOS EN LAS CANTIDADES QUE ESTABLECE EL ANEXO T1, Y EL OTRO IMPORTE QUE CONSIDERE LA SUMA DE TOTAL DE LOS PROCEDIMIENTOS MÁXIMOS MAS LAS SUMA DEL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES COMPLEMENTARIOS EN LAS CANTIDADES QUE ESTABLECE EL ANEXO T1, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE CORRIGE ANEXO T1, FAVOR DE REMITIRSE A LAS CLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE
13	TÉCNICO	TABLA DE PONDERACION CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NUMERO DE TECNICOS QUE SE REQUIERE EN SITIO PARA ATENDER EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA	SE REQUIERE UN TECNICO EN TURNO MATUTINO Y UN TECNICO EN TURNO VESPERTINO
14	TÉCNICO	TABLA DE PONDERACION CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL PERFIL DE CUALQUIER CARRERA RELACIONADA AL AREA DE LA SALUD ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA
15	TÉCNICO	ANEXO 11 EQUIPO MEDICO	ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE OFERTARAN LOS EQUIPOS QUE APARECEN CON LA CANTIDAD 1?	ES CORRECTA SU APRECIACION
16	TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, SI EL ANEXO T2 EQUIPO MEDICO, TIENE EL CARÁCTER DE INFORMATIVO Y NO SERA NECESARIO PRESENTARLO EN LA PROPUESTA TECNICA?	SOLO SE REQUIERE LO QUE SE ESPECIFICA EN EL ANEXO T11 DE LAS BASES DE LICITACION.
17	TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, SI LOS EQUIPOS	SOLO SE REQUIERE LO QUE SE ESPECIFICA EN EL ANEXO T11

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024


SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			SENTIDO NEGATIVO, NOS PERMITA OFERTA EL BIEN DE CONSUMO 60.01.1068 STENT LIBERADOR DE FÁRMACO BIOLIMUS A9, O STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS, ÚNICAMENTE CON CATÁLOGO ¿SE ACEPTA?	

PROVEEDOR: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES</p> <p>60.01.001 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO ADULTO FEMORAL.</p> <p>60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL.</p> <p>60.01.008 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL.</p> <p>60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP).</p> <p>60.01.028 PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN DE FILTRO DE VENA CAVA.</p> <p>60.01.029 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO.</p> <p>SE MENCIONA: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260 ESTÉRIL Y DESECHABLE, DEBIDO A QUE LA GUÍA SOLICITADA SOLO SE FABRICA EN MEDIDA DE 150 Y 260 CM.</p> <p>¿SE ACEPTA ?</p>	SE ACEPTA
2	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES</p> <p>60.01.003 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO CARDIACO DIAGNÓSTICO POR TÉCNICA RADIAL (ADULTO O PEDIÁTRICO).</p> <p>SE MENCIONA: BCB115 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO</p>	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			<p>HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032"CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: INTRODUCIDOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 7 FR. CON GUÍA VASCULAREN UN RANGO DE 0.021 A 0.032"YA QUE EL PROCEDIMIENTO ES RADIAL Y SE GENERA UNA MENOR RESISTENCIA CON ESTE RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, AYUDANDO AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?</p>	
3	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARI O	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES</p> <p>60.01.003 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO CARDIACO DIAGNÓSTICO POR TÉCNICA RADIAL (ADULTO O PEDIÁTRICO). SE MENCIONA: BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUIA HIDROFILICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN A OFERTAR ES: CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA EN UN RANGO DE 0.035" A 0.038" LONGITUD DE 150CM Y 260 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. YA QUE LA GUIA HIDROFILICA DE 0.035" O 0.038" LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO; SE ENCUENTRA EN EL APARTADO BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ESTO CON EL FIN DE NO ENCARECER INECESARIAMENTE EL PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA ?</p>	SE ACEPTA
4	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARI	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES</p> <p>60.01.004 PROCEDIMIENTO DE ACTP (ANGIOPLASTIA) CON BALÓN.</p>	SE ACEPTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		O	<p>60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL.</p> <p>SE MENCIONA: BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO).</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.2 A 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	
5	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARI O	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES</p> <p>60.01.004 PROCEDIMIENTO DE ACTP (ANGIOPLASTIA) CON BALÓN.</p> <p>60.01.008 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA "FEMORAL.</p> <p>SE MENCIONA: BCB124 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 8, 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT)</p> <p>60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL.</p> <p>SE MENCIONA: BCB123 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT)</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR EN CATÁLOGO: INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA
6	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARI O	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES</p> <p>60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL.</p> <p>SE MENCIONA: BCB122 INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON</p>	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			<p>RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD. 7 A 11 CM CALIBRE. 4, 5, 6 . CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, 0.018 A 0.025</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: INTRODUCIDORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD EN UN RANGO DE 10 A 25 CM, CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 7 . CON GUÍA VASCULAR EN UN RANGO DE 0.018 A 0.025, CON LA FINALIDAD DE OBTENER MAYOR NÚMERO DE MEDIDAS DISPONIBLES ¿SE ACEPTA ?</p>	
7	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES</p> <p>60.01.011 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE DEFECTOS SEPTALES (CIA, CIV Y FOP).</p> <p>SE MENCIONA: BCB52 CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPÓSITO CALIBRE, 5F Y 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPÓSITO CALIBRE EN UN RANGO DE 5F A 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL DE 5 Y 6 FR RECTO Y ANGULADO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON MÁS CURVAS. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA
8	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES</p> <p>60.01.029 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO.</p> <p>SE MENCIONA: BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038".</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR : AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD EN UN RANGO DE 4 A 7 CM CALIBRE EN UN RANGO DE 18 G A 21G PARA GUÍA EN UN RANGO DE 0.018" A 0.038". ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA
9	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES</p> <p>60.01.029 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO.</p> <p>SE MENCIONA: BCB112 INTRODUCIDOR</p>	SE ACEPTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			<p>DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 A 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. SE ACEPTA?</p>	
10	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	<p>PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES 60.01.029 PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO. SE MENCIONA: BCB42 CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA MAYOR CANTIDAD DE CURVAS NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, JB2, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 6 FR. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA
11	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	<p>EN LA HOJA REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. SE MENCIONA: 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO</p>	SE ACEPTA

2024
ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			MÉDICAS.	
16	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	<p>FORMATO T21 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/DOCUMENTAL EN EL ENCABEZADO SE MENCIONA: DEBERÁ ENVIARSE EN EXCEL EDITABLE Y PDF (SIN AGREGAR COLUMNAS, LLENANDO TODAS LAS CASILLAS, OCUPANDO UNA SOLA FILA POR CARACTERÍSTICA, EQUIPO, BIEN DE CONSUMO BÁSICO O COMPLEMENTARIO</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA AGREGAR FILAS Y COLUMNAS EN EL FORMATO T21 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL, DEBIDO A QUE HAY DESCRIPCIONES QUE SE COMPONEN DE DOS O MÁS CÓDIGOS, Y EL CONSIDERAR SOLO UNA FILA POR DESCRIPCIÓN HARIA QUE LA REVISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE RESULTARA CONFUSA. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO NO ELIMINE NI MODIFIQUE NINGUNA DE LAS COLUMNAS ACTUALES.
17	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES HEMODINAMIA PUNTO 1.1	<p>1.1. IDIOMA EN QUE DEBERÁN ENVIARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN. LAS PROPOSICIONES DEBERÁN ENVIARSE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (COMPRANET VERSIÓN 2023), PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SOLO EN IDIOMA ESPAÑOL Y DIRIGIDAS AL ÁREA CONVOCANTE.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS QUE VAYAN A SER UTILIZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS, DEBERÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA CATÁLOGOS O FOLLETOS EN COPIA SIMPLE, SI SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN, ACOMPAÑADO DE TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONE Y/O PARRAFOS QUE SOPORTEN LO OFERTADO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA
18	ECONÓMICO	BASES HEMODINAMIA ANEXO T1 REQUERIMIENTO	<p>BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS A CONSIDERAR PARA LA PROPUESTA ECONOMICA PARA LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.</p>	SE CORRIGE ANEXO T1, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			<p>UNIDADES MÉDICAS:</p> <p>16.2 COAGULACIÓN Y CORTE MONO Y BIPOLAR.</p> <p>16.3 EQUIPO MODULAR CON CAPACIDAD DE CAMBIO DE MÓDULOS DE CONECTORES INTERNACIONALES(Y CONECTORES PLUG AND PLAY MONOPOLARES Y BIPOLARES SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE).</p> <p>16.4 POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EN CORTE BIPOLAR DE 100 WATTS O MAYOR CON 08 EFECTOS COMO MÍNIMO, CON:</p> <p>16.4.1 COAGULACIÓN MONOPOLAR SUAVE DE 200 WATTS O MAYOR.</p> <p>16.4.2 FORZADA DE 120 WATTS O MAYOR.</p> <p>16.4.3 SPRAY DE 120 WATTS O MAYOR.</p> <p>16.4.4 SIMULTÁNEA DE 200 WATTS O MAYOR QUE PERMITA LA ACTIVACIÓN DE DOS INSTRUMENTOS MONO POLARES DE FORMA SIMULTÁNEA Y ALTERNADA. (OPCIONAL).</p> <p>16.4.5 COAGULACIÓN BIPOLAR DE 120 WATTS O MAYOR CON 08 EFECTOS COMO MÍNIMO CORTE Y COAGULACIÓN CONTROLADOS POR MICROPROCESADOR.</p> <p>16.5 INDICADORES DE POTENCIA MONO Y BIPOLAR EN DISPLAY TFT A COLOR.</p> <p>16.6 AUMENTO DE LA POTENCIA MEDIANTE TECLADO O SISTEMA TÁCTIL.</p> <p>16.7 ALARMAS.</p> <p>16.8 SALIDA MONOPOLAR PARA CORTAR Y COAGULAR.</p> <p>16.9 PROGRAMAS DE AUTODIAGNÓSTICO Y REPORTE DE ERRORES.</p> <p>16.10 CON FUNCIÓN DE SELLADO O TERMOFUSIÓN DE GRANDES VASOS.</p> <p>16.11 PEDAL DOBLE.</p> <p>16.12 CARRO CON RUEDAS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
23	TÉCNICO	BASES DE HEMODINAMIA, ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE.	<p>BASES HEMODINAMIA, ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE SE MENCIONA: 18 CONSOLA DE ROTOABLACIÓN . COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS (CATÉTER DE ATRECTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA.)</p> <p>PREGUNTA: EL EQUIPO MENCIONADO NO CUENTA CON DESCRIPCIÓN TÉCNICA, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA DE REFERENCIAR DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>18 CONSOLA DE ROTOABLACIÓN . COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS (CATÉTER DE ATRECTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA.)</p>	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			18.1 DISPLAY QUE INDIQUE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LA OLIVA EN RPM. 18.2 PERILLA PARA AJUSTE DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LA OLIVA EN RPM. 18.3 CONECTOR DE LÍNEA DE GAS PARA NITRÓGENO O AIRE COMPRIMIDO. 18.4 INDICADOR DE MODO DYNAGLIDE. ¿SE ACEPTA?	
24	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.1057 KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED ULTRADELGADA LONGITUS OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED DELGADA LONGITUS OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR PARA REFERENCIACIÓN DEL INSUMO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
25	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2.	ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE ALGÚN EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL O BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO, QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAREMOS DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS EN DONDE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO O LISTADO DE INSUMOS PARA SALUD CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE SE SEÑALE QUE EL INSUMO NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO DEBIDAMENTE REFERENCIADO, SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
26	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.4.2., ANEX TEC 4.3.2, 6.1.2., 6.2.2.	RESPECTO A LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO-13485:2016 EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS A NOMBRE DEL FABRICANTE O COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA VIGENTE, O EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CCEE), O CERTIFICADO DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE COFEPRIS, O MINISTERIO DE SALUD DE JAPÓN, O CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION O CERTIFICADO DE LIBRE VENTA	SE ACEPTA

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			EMITIDO POR EL PAIS DE ORIGEN O ISO 9001 , VIGENTE...¿SE ACEPTA?	
27	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.7. ANEX TEC 4.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE , QUE EN CASO DE QUE OFERTEMOS EQUIPOS USADOS BASTARA CON INTEGRAR EN NUESTRA PROPUESTA EL FORMATO T25 CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 5 (CINCO) AÑOS DE FABRICACIÓN A PARTIR 2019, Y ADJUNTAR UN ESCRITO DONDE NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS A ENTREGAR LA PÓLIZA O BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADA DE EQUIPOS USADOS Y EL "DICTAMEN TÉCNICO" O UNA ORDEN DE SERVICIO, SE ACEPTA ?	SE ACEPTA
28	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS DE LA CONVOCATORIA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE QUE, EN CASO DE QUE ALGUN ANEXO NO APLIQUE A MI REPRESENTADA , BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO DONDE MENCIONEMOS QUE DICHO ANEXO NO NOS APLICA, ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
29	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 10.1 Y ANEXO TÉCNICO 10.1 PENAS CONVENCIONALES.	ES CORRECTO ENTENDER QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 53, DE LA LAASSP, EL INSTITUTO APLICARÁ UNA PENNA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, POR EL EQUIVALENTE AL 1.0 % (UNO POR CIENTO), SIN EXCEDER UN MÁXIMO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE, SIN INCLUIR EL IVA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
30	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 15 Y ANEXO TÉCNICO 15. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A ESA H. CONVOCANTE, ACLARE LA DOCUMENTACIÓN, CRITERIOS DE PONDERACIÓN, Y PUNTAJE A OBTENER DE CADA UNO DE LOS RUBROS Y SUBRUBROS DE LA TABLA DE PODERACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS" DOF 09/09/2010, ARTÍCULO SEGUNDO, LINEAMIENTOS CUARTO Y DÉCIMO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE SOLO SE INCLUYE UN RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN DETALLAR LOS APECTOS SOLICITADOS. SE SOLICITA ACLARACIÓN.	REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PROVEEDOR: VITALEMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
31	LEGAL - ADMINISTRATIVA	8. NIVELES DE SERVICIO. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PREVIA.	TODA VEZ QUE PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSUMOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE ENCUENTREN INSTALADOS Y EN OPERACIÓN ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PLAZO PARA LA CAPACITACIÓN DEBE CONSTARSE A PARTIR DE LA PUESTA A PUNTO DEL SERVICIO?	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICA PREVIA. ESTA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICA SOBRE LOS EQUIPOS, DEBERÁ OTORGARSE A MÁS TARDAR EL DÍA 10 (DIEZ) HÁBIL POSTERIOR A LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO. (ANTES, DEL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO). TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICA CONTINUA SOBRE LOS EQUIPOS UTILIZADOS. SE INICIARÁ SIMULTÁNEAMENTE A LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y DEBE CONSIDERARSE SU REALIZACIÓN POR LO MENOS UNA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CUYA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTARÁ A CARGO DEL JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA Y RADIODIAGNÓSTICO Y SERÁ A PETICIÓN POR ESCRITO DE ESTE.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE


BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO

Nota: los siguientes bienes forman parte del servicio integral por lo que deberá cotizar el 100% de los bienes que se describen a continuación, considerando las cantidades como estadística de consumo.

OOAD	Clave Presupuestal	Tipo	Num	Localidad	Clvsi	Bien de Consumo Complementario	Req. Mínimo	Req. Máximo
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.806	Balón coronario con medicamento (paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de diámetro y longitudes desde 10 mm a 30 ó 40 mm de longitud.	12	30
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.816	Balones de angioplastia coronaria de alta presión No complaciente.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.818	Banda de compresión radial.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.819	Bolsa estéril para tubo de fluoroscopio.	22	54
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.825	Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para extracción de cuerpo extraño.	8	18
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.837	Catéter guía multipropósito 5, 6, 7 y 8 Fr.	4	9
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.848	Catéteres diagnostico convencional distintos de 4 a 8 Fr. Y hasta 110 cms. de longitud.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.865	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, 0.035" longitud opcional de 150, 260 ó 300 cm. Estéril y desechable.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.871	Dispositivo hemostático para cierre vascular a base de colágeno o acido poliglicolico o cierre vascular con vaina introductora femoral incluida, un obturador, un predilatador, alambre guía y un sistema (SIS) para el cierre de 7fr.	28	70
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.877	Electrodo para marcapaso temporal bipolar.	20	50

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024
 SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

OOAD	Clave Presupuestal	Tipo	Num	Localidad	Clvsi	Bien de Consumo Complementario	Req. Mínimo	Req. Máximo
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.881	Extensión coaxial de catéter guía coronario de rápido intercambio de 5, 5.5, 6, 7 y 8Fr ó de 6 a 8 Fr o cateter guía intermedio de 0.057" o EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM	22	54
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.883	Extensión de presión de 15cm o extensión de presión de 15 o 25cm.	22	54
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.885	Extractor de trombos intracoronario.	16	40
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.893	Guía de alto soporte.	8	18
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.898	Introductor de catéter arterial o venoso con alma metálica. Por técnica percutánea, longitud 25 a 45cm calibre. 5,6,7 y 8 fr o INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR	5	11
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.900	Introductor de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutánea, 4, 5, 6, 7, 8 French, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cms. Con guía vascular 0.021 a 0.032".	18	45
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.901	Introducidos de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofílico longitud opcional de 10 a 25cm calibre 4 a 7 fr.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.908	Jeringa para angiocardiógrafa, de 100 a 150 ml de capacidad o Jeringa para angiocardiógrafa, de 150 ml de capacidad	4	9
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.909	Jeringa para sistema de inyección de medio de contraste por flujo variable.	90	225
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.910	Jeringas de plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de arterias coronarias para mantener y medir la presión.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.911	Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introductor y catéter para medición de presión por termo dilución.	4	9
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.912	Kit de pericardiocentésis. Incluye: 1 Aguja de 22 G., 1 aguja de 25 G., 1 jeringa de 12 mm., 1 jeringa de 20 cc., 1 jeringa de 60 cc, 1 bisturí y 1 aguja de 3-0 curva con sutura. (puede variar según tecnología de cada fabricante siempre que tengan la misma funcionalidad y sean compatibles sus elementos).	4	9
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.913	Kit para administración de solución salina y medio de contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de solución salina y una jeringa de mano, ó Kit con jeringa de 150 ml, tubo de solución salina y contraste.	90	225
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.918	Manifold angiográfico de tres vías.	36	90
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.920	Mantas para calentamiento intraoperatorias para la parte inferior del cuerpo y mantas para post operatorio de acceso múltiple. Incluye equipo	2	4
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.921	Medio de contraste hidrosolubles no iónico en concentración de 300 a 370 mg/ml, ioversol o iopamidol o iohexol o iopromida o iobitridol. Frasco con 100 ml o iónico de baja osmolaridad, ioxaglate de sodio y meglumina, concentración 320mg/ml, presentación 100ml.	540	1350
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.941	Paquete universal de ropa.	140	350
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.943	Pig tail centimetrado 5 Fr.	4	9
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.944	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo, zotarolimus en cromo cobalto, everolimus en cromo cobalto. Cada una de las plataformas en diversas medidas.	144	360
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.945	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo polímero bioabsorbible. O Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con revestimiento de everolimus o sirolimus, en platino-cromo o en cobalto-cromo, con polímero bioabsorbible.	72	180



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

OOAD	Clave Presupuestal	Tipo	Num	Localidad	Clvsi	Bien de Consumo Complementario	Req. Mínimo	Req. Máximo
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.948	Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014" de diámetro. Tipo: pin-vice. Desechable o KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR.	80	200
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.959	Stent premontado en balon cubierto de ePTFE. (Uso coronario).	2	5
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.961	Stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible y expandibles con balón, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014" o 0.018". (para uso vascular general) o stent diferentes diametros y longitudes, autoexpandible, de nitinol y marcas de titalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014"(para uso vascular general).	6	15
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.969	Transductor de presión compatible con el polígrafo.	288	720
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.970	Tubo para muestra de sangre para medición de tiempo de coagulación activada. Incluye equipo.	180	450
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.976	Catéter para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 a 6 fr.	32	80
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.978	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.25 a 4.5 mm de diámetro y longitudes desde 8 a 30 mm. y de 130 a 155cm de largo, sistema de rápido intercambio. (ofertar todas las medidas de diámetro) o CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.979	Catéteres guía tipo Judkins , para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz o MP o Voda o Ikari o Ebu.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.981	Catéteres para cateterización de arteria coronaria derecha con técnica percutánea, asa de 3.5, 4 y 5, calibre 5 ó 6Fr., longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1 y 2. Multipropósitos, mamarios.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.982	Catéteres para cateterización de arteria coronaria izquierda con técnica percutánea, cal 5 ó 6fr., longitud 100 o 110 cm. tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropósitos, mamarios.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.983	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia, rígida o doble espiral con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro y 17.5cm a 195cm de longitud.	160	400
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.984	Guía hidrofílica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del médico.	72	180
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.1057	kit de introductor radial con pared ultradelgada longitus opcional de 10 ó 16 ó 25cm de 5 a 7Fr.	16	40
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.861	Consumibles para electrocoagulación: electrodo neutro con dos áreas de contacto y lápiz de electrocirugía o electrodo neutro de dos areas y un lapiz de electrocirugia con 2 botones.	2	4
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.862	Controlador manual estéril para sistema de inyección de solución salina y medio de contraste con flujo variable.	131	326
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.894	Guía de presión. Floppy de .014 por 185 o 190cm de longitud o micro catéter con punta de Medición de la Reserva de Flujo coronario Fraccional o guía floppy de 0.014" por 182 cm de longitud	2	4
Jalisco	140168062151	HGR	46	Guadalajara	60.01.1053	Catéter de aterectomía rotacional trasluminal percutánea, de oclusiones agudas o crónicas, diferentes diámetros y longitudes con guía incluida de roto ablación de 0.009" y avanzador con oliva giratoria de diferentes diámetros.	4	9

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

RUBRO / SUBRUBRO	DOCUMENTACIÓN	CRITERIOS DE PONDERACIÓN	PUNTAJE TOTAL	
1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE			24	
a) Capacidad de los recursos humanos.			22.5	
a 1) Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio solicitado.	<p>Currículum individualizado del técnico en sitio propuesto por el licitante, que cuente con los conocimientos especializados en Hemodinamia y Radiología Intervencionista, conocer y saber el manejo de equipamiento asociado a este servicio; el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, para acreditar que cuenta con la experiencia necesaria presentando los siguientes documentos: (con base al artículo 40 fracción I de RLAASSP), que contenga cuando menos la siguiente información:</p> <p>a) Nombre, domicilio y número telefónico. b) Escolaridad de acuerdo con las funciones del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico. c) Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación. d) Indicar periodos de inicio y término al menos con mes y año. e) Identificación oficial vigente con fotografía y que contenga la firma. f) Firma autógrafa del titular del currículum, así como del representante legal del licitante.</p> <p>El personal propuesto (técnicos en sitio) se consignará en el FORMATO T22 "Relación de documentos a evaluar del Licitante", documento que deberá ser debidamente escaneado y digitalizado en Formato PDF y Excel, incluyéndose la firma respectiva del personal propuesto y el representante legal, apoderado legal o persona facultada del licitante; que avale la información anteriormente señalada. El hecho de no presentar el Currículum, será evaluado como "0" puntaje; sin ser esto, causal de desechamiento.</p>	<p>Más de 5 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.</p> <p>Más de 4 y hasta 5 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.</p> <p>Más de 3 y hasta 4 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.</p> <p>Más de 2 y hasta 3 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio.</p> <p>Más de 1 y hasta 2 años de experiencia en promedio del total del personal involucrado para la prestación del servicio</p>	<p>5.5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	
	a 2) Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con sus conocimientos académicos o profesionales.	<p>Copia de Cédula y/o Título Profesional o técnico del personal propuesto. El licitante podrá presentar el documento que demuestre que todo el personal propuesto para el cumplimiento del apartado experiencia del personal cumple de acuerdo con su nivel profesional, incluir Certificado de Estudios, Carta de Pasante, Título o Copia de la Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o Título Profesional o en su caso constancia de avance del 75% o 100% de créditos (certificar haber cumplido con el plan de estudios) de las carreras en las áreas de enfermería o carrera nivel técnico o afín, emitidas por instituciones académicas debidamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública</p> <p>El no presentar la copia que avale el nivel educativo, no será causal de desechamiento, será evaluado como "0" puntaje.</p>	<p>Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite mayor número de personal con estudios profesionales a nivel de licenciatura titulados con relación al número de personal en sitio requerido por partida de acuerdo con el Formato T25. A partir de este máximo se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto del personal presentado por el licitante en razón del número y características del nivel de estudios acreditado, competencia o habilidad, de conformidad a la siguiente formula:</p> $A*((B + (C*0.8) + (D*0.6))/E)$ <p>Donde: "A" = Máximo de puntos a otorgar (13). "B" = Total de personal con título y/o cédula profesional, en la partida cotizada. "C" = Total de pasantes que presenten únicamente constancias del 100% de créditos académicos a nivel licenciatura, en la partida cotizada. "D" = Total de personal con carrera técnica que cuente con título o cédula o constancia de 75% de créditos académicos en la partida cotizada. "E" = Número de personal en sitio requerido por partida cotizada de acuerdo con el Formato T25.</p>	13





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

	<p>El personal propuesto por el licitante podrá presentar copia de certificado, constancia o diploma del fabricante y/o distribuidor; o documento expedido por Institución pública o privada reconocida y dedicada a proporcionar servicios de mantenimiento y capacitación en equipo médico, que acredite el dominio de herramientas en instalación y operación de los equipos requeridos en la Unidad Hospitalaria incluida en la partida de su interés. El instituto y/o los Órganos Fiscalizadores se reservan el derecho de verificar en cualquier momento durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polígrafo para estudios hemodinámicos. 2. Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario. 3. Desfibrilador portátil. 4. Eco cardiógrafo tridimensional Doppler color. 5. Equipo de ultrasonido intracoronario. 6. Equipo de guía de presión para cálculo de Flujo de Reserva Fraccional. 7. Equipo para Mapeo Tridimensional. 	<p>De 90% al 100% del personal en sitio propuesto de la partida cotizada, que cuenten con documento que acredite el dominio de herramientas relacionadas con el servicio.</p>	<p>4</p>
<p>a.3) Dominio de herramientas relacionadas con el servicio.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Polígrafo para electrofisiología. 9. Estimulador cardíaco. 10. Generador de radiofrecuencia para ablación. 11. Ultrasonido intracoronario. 12. OCT Intravascular. 13. Equipo de Guía de Presión. 14. Bomba de irrigación para Electrofisiología. 15. Fuente para marcapaso cardíaco temporal. 16. Consola de Crioablación. 17. Consola de Rotoablación. 18. Unidad de electro Hemodinamia o radiología para termo fusión de vasos. 19. Bomba de aspiración para trombectomía periférica o cerebral (ICTUS). 20. Equipo para ablación de tumor por microondas (Radiofrecuencia o Microondas). 	<p>Del 80% al 89% del personal en sitio propuesto de la partida cotizada, que cuenten con documento que acredite el dominio de herramientas relacionadas con el servicio.</p>	<p>3</p>
	<p>El no presentar copias de certificados, constancias o diplomas del fabricante y/o distribuidor; o documentos expedidos por Instituciones públicas o privadas reconocidas, no será causal de desechamiento, será evaluado como "0" puntaje.</p>	<p>Del 70% al 79% del personal en sitio propuesto de la partida cotizada, que cuenten con documento que acredite el dominio de herramientas relacionadas con el servicio.</p>	<p>2</p>
		<p>Del 50% al 69% del personal en sitio propuesto de la partida cotizada, que cuenten con documento que acredite el dominio de herramientas relacionadas con el servicio.</p>	<p>1</p>
<p>b) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.</p>			<p>0.5</p>
<p>b.1) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.</p>	<p>En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.</p> <p>El no presentarlo no será causal de desechamiento, será evaluado como "0" puntaje.</p>	<p>Documento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aviso de alta al Régimen obligatorio del IMSS y 2. Constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad. 	<p>0.5</p>
<p>c) Equidad de Género.</p>			<p>0.5</p>
<p>c.1) Equidad de Género.</p>	<p>En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y</p>	<p>Documento: Certificación.</p>	<p>0.5</p>

2024
Puerto
[Handwritten signatures and stamps]


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

	<p>organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014 y reformada el 21 de octubre de 2021.</p> <p>El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como "0" puntaje.</p>		
<p>d) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.</p>			<p>0.5</p>
<p>d.1) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.</p>	<p>En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.</p> <p>El no presentar el escrito de manifiesto de su clasificación será causal de desechamiento.</p> <p>Si además de ser MIPYME cuenta con innovación tecnológica, deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años en su caso); lo anterior en cumplimiento al artículo 14 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.</p> <p>El no presentar la certificación emitida por el IMPI, no será causal de desechamiento, será evaluado como "0" puntaje.</p>	<p>Documento:</p> <p>1. Escrito de la clasificación que guarda la empresa y</p> <p>2. Constanza emitida por el IMPI en innovación tecnológica, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años (en su caso).</p>	<p>0.5</p>
<p>2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.</p>			<p>18</p>
<p>a) Experiencia del licitante.</p>	<p>Para acreditar la experiencia que podrá ser mínima de 1 año y máxima de 5 años en Servicios Médicos Integrales, los licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones públicas o privadas, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 10 (diez) años en el periodo comprendido entre 2013 al 2022 y que se encuentren concluidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas, en servicios similares o relacionados al de la presente contratación, (pudiendo presentar el número de contratos que sean necesarios para acreditar la experiencia en años) que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los meses, años o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará los contratos cuya vigencia inicie a partir del 2013 al 2022 y que se encuentren concluidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas. En concordancia con el FORMATO T22 "Relación de documentos a evaluar del Licitante".</p>	<p>Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de años de experiencia (máximo 5 años y mínimo de un año). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años de experiencia acreditados.</p> <p>Experiencia = (A*B) / C Donde: "A"= Puntos a otorgar. "B"=Número de Años y meses presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de años (máximo 5) acreditados por el licitante con más años de experiencia.</p>	<p>9</p>
<p>b) Especialidad del licitante.</p>	<p>Para acreditar la especialidad que podrá ser mínima de 1 contrato y máxima de 5 contratos en Servicios Médicos Integrales de la especialidad durante los últimos 10 (diez) años, en el periodo de vigencia comprendido entre el 2013 al 2022 y que se encuentren concluidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas, los licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones públicas o privadas.</p>	<p>Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de contratos (máximo 5) relacionados con el servicio solicitado.</p> <p>A partir de este máximo se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los contratos acreditados.</p>	<p>9</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

		Especialidad= (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de contratos presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de contratos (máximo 5) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.	
3.- PROPUESTA DE TRABAJO.			8
a) Metodología.	<p>Deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo propuesto, misma que al menos deberá incluir:</p> <p>La metodología deberá incluir:</p> <p>a) Diagrama de flujo de la instalación, capacitación, puesta a punto e inicio de operación del (de los) SMI de HERI ofertados.</p> <p>b) Diagrama de flujo de la prestación de los servicios de los SMI de HERI ofertados.</p> <p>c) Diagrama de funcionamiento de la mesa de ayuda (Incluir medios de contacto y retroalimentación para apertura, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio).</p> <p>d) Diagrama de flujo para contabilidad de procedimientos de acuerdo con lo solicitado en la presente contratación.</p> <p>El no presentar la metodología, no será causal de desechamiento, será evaluado como "0" puntaje.</p>	<p>Si la Metodología para la prestación del servicio cumple con lo solicitado, es congruente con el Plan de Trabajo propuesto y la mejora.</p> <p>Si la Metodología para la prestación del servicio cumple con lo solicitado y es congruente con el Plan de Trabajo propuesto.</p>	<p>1</p> <p>0.5</p>
b) Plan de trabajo.	<p>Plan de trabajo propuesto, deberá presentarse conforme al FORMATO T0 plan de trabajo (contenido en "FORMATOS de SMI para HERI"), donde se especifican los tiempos para la implantación del servicio y ser congruente con la metodología, la cual al menos deberá contener:</p> <p>I. Nombre del Servicio, Nombre del licitante, Fecha de elaboración, Objetivo General, Objetivos Específicos. Descripción amplia y detallada del "Servicio Médico Integral de Hemodinamia y Radiología Intervencionista" de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y toda aquella información que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, los bienes de consumo básico y complementario y demás aspectos requeridos para la contratación.</p> <p>II. Estrategias, Líneas de Acción.</p> <p>III. Diagrama de Gantt con la temporización de las diferentes fases del proceso previas al inicio de la prestación del servicio (Afinar detalles de la integración técnica del PLAN DE TRABAJO, Entrega del plan de trabajo, Formalización del Contrato, Entrega de Garantía, Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar, Entrega del Programa de Transferencia del conocimiento, Transferencia del conocimiento Previa, Entrega, instalación y puesta a punto del equipo, Entrega de Bienes de Consumo básicos, Entrega de Bienes de Consumo Complementarios, Inicio de la prestación del servicio).</p> <p>IV. El Programa de Transferencia del conocimiento sobre los equipos del SMI para HERI con temario por objetivos, teórico práctico.</p> <p>V. El Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, por Unidad y/o UMAE contenidas en la partida de su interés.</p>	<p>"Sí", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado y lo mejora, realizando la puesta a punto, incluyendo la instalación y puesta en marcha del equipo en tiempo de al menos 30% (18 días menos).</p>	6
	<p>VI. Calendario de desinstalación de equipamiento del SMI para HERI (al concluir su contrato).</p> <p>Nota: Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio.</p>	<p>"Sí", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado y lo mejora, realizando la puesta a punto, incluyendo la instalación y puesta en marcha del equipo en tiempo de al menos 15% (9 días menos).</p>	4
	El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado	"Sí", presenta plan de trabajo	2



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

	como "0" puntaje.	conforme a lo solicitado, realizando la puesta a punto, incluyendo la instalación y puesta en marcha del equipo en el tiempo estipulado	
c) Estructura organizacional de los recursos humanos.	<p>Presentar el Currículum empresarial y estructura organizacional del Licitante que refleje la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares al de la presente contratación conforme a lo siguiente: El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, requeridos; técnicos en sitio, supervisor en la operación en correlación a lo enlistado en el FORMATO T22 "Relación de documentos a evaluar del licitante", deberán considerar los niveles de organización hacia arriba y abajo, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular, el cual deberá coincidir por lo menos con la metodología y plan de trabajo solicitado anteriormente.</p> <p>a) El Organigrama del licitante deberá incluir al personal indicado en el rubro "Capacidad del licitante", así como los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular.</p> <p>b) Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico o especializado en sitio (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección).</p>	<p>Si la licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro y lo mejora.</p>	1
	<p>c) Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección).</p> <p>d) El licitante deberá presentar certificados de gestión como empresa ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica, que en el caso de participaciones conjuntas al menos una de las empresas deberá estar certificada.</p> <p>Nota: El licitante en caso de resultar adjudicado, se obliga a mantener al equipo de trabajo asignado al proyecto y que en caso de que algún miembro del equipo por caso fortuito o fuerza mayor deje de laborar deberá sustituir de inmediato al integrante con otra persona del mismo perfil, cumpliendo los requisitos solicitados en los numerales 4.2.9.1, 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.13 de los presentes Términos y Condiciones, en concordancia con el FORMATO T22 "Relación de documentos a evaluar del Licitante".</p> <p>El no presentar el organigrama y el curriculum empresarial, no será causal de desechamiento, será evaluado como "0" puntaje.</p>	<p>Si la licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro.</p>	0.5
4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.			10
a) Cumplimiento de contratos.	<p>Con la finalidad de que el licitante acredite haber prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación, referidos en los rubros: Numeral 2, incisos: a) Experiencia del licitante y b) Especialidad del Licitante; deberá presentar mínimo un documento o máximo 5 documentos.</p> <p>Para el caso de Dependencias y/o instituciones públicas deberá presentar:</p> <p>a) Fianzas Canceladas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas o:</p> <p>b) Escrito de Liberación de Fianzas. - Se deberá acreditar</p>	<p>Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite el mayor número de cartas de satisfacción y/o cancelaciones de garantía de cumplimiento y/o acta circunstanciada de entrega recepción y/o facturas y remisiones de los contratos presentados (máximo 5).</p> <p>A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación</p>	10



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.


	<p>mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados.</p> <p>Para el caso de Instituciones privadas y/o personas morales deberá presentar:</p> <p>Copia legible de las facturas que cubran la totalidad de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente, indicando el número de contrato correspondiente.</p> <p>Las facturas, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberán contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx y vigentes en el portal del SAT.</p> <p>Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes o de cumplimiento debidamente firmada por el representante legal, vinculada con una(s) factura(s) que corresponda del Servicio prestado, de la cual deberá presentar a su vez copia simple, indicando el número de contrato correspondiente.</p> <p>Nota: La carta(s) de satisfacción de clientes y/o cancelación(s) de garantía de cumplimiento y/o factura(s) o remisión(s) presentada (s), podrá(n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de "Experiencia y Especialidad del licitante".</p> <p>El no presentar la documentación antes mencionada, no será causal de desechamiento, será evaluado como "0" puntaje.</p>	<p>entre el resto de los licitantes en razón de los años de experiencia acreditados.</p> <p>Cumplimiento = (A*B) /C</p> <p>Dónde:</p> <p>"A"= Puntos a otorgar.</p> <p>"B"= Número de cartas, cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones presentados por el licitante evaluado y que estos sean aceptados.</p> <p>"C"= Número de cartas, cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones (máximo 5) presentados por uno de los licitantes y que estos sean aceptados.</p>
--	---	---

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas para remitir por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mediante en CompraNet.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/> Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Periférico sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, un ejemplar de la presente acta en el pizarrón de avisos disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:40 horas, del día, mes y año en que se actúa

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Maria Jose Carrillo Capacete	Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dra. Sandra Judith Vázquez Avelar	Coordinación Auxiliar de Segundo Nivel de Atención a la Salud	
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Área de Adquisiciones	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-58-2024

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2024.

Por el órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control Especifico, designado mediante oficio número 00641/30.102/0606/2024	