



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y
AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:00 horas, del 21 de febrero de 2025, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa Maria Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción II, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la Ley de la Materia y 46 de su Reglamento, el acto fue presidido por la Mtra. Oralia Grajeda Estrada, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

El funcionario público que preside el presente acto, fue asistido por la Dra. Sandra Judith Vazquez Avelar, Titular de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud, adscrita a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, como área técnica quien solventa las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

Numero	NOMBRE DEL LICITANTE:	NUMERO DE PREGUNTAS
1	O AND P DE MEXICO SA DE CV	86

Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 1.1 SEGUNDO PÁRRAFO	CON REFERENCIA AL NUMERAL 1.1 SEGUNDO PÁRRAFO, LA CONVOCANTE SOLICITA PARA EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, QUE SE DEBERÁ DE INCLUIR A SU PROPUESTA TÉCNICA, ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, YA QUE MUCHOS DE LOS BIENES SON FABRICADOS A MEDIDA,	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA-EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			PERMITA LA CONVOCANTE SE PRESENTEN FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE SE OFERTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO PREGUNTA: ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA SOLICITUD?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMIO	CON RESPECTO AL NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMIOS, SOLICITA EN EL LA PARTIDA 1 ORTESIS SOLICITA LICENCIA MUNICIPAL DEL AÑO EN QUE SE REALICE LA LICITACIÓN, PREGUNTA ESTA LICENCIA MUNICIPAL SE ENETIENDE QUE DEBE DE SER DEL ESTADO DE JALISCO Y CORRESPONDERÁ A MANUFACTURA Y COMERCIO DE APARATOS ORTOPEDICOS QUE CORRESPONDE A LOS BIENES SOLCITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMIOS, REFERENTE A LA PARTIDA 1	CON RESPECTO AL NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMIOS, SOLICITA EN LA PARTIDA 1 ORTESIS, LICENCIA MUNICIPAL DEL AÑO EN QUE SE REALICE LA LICITACIÓN PREGUNTA SERÁ NECESARIO QUE SE PRESENTE TAMBIÉN ESTA LICENCIA, PARA EL MISMO NUMERAL, PERO PARA LA PARTIDA 2 DE DOTACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y ORTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES YA QUE NO SE MENCIONA, PERO SOLICITA AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN EL INCISO 3, ENTENDEMOS QUE AL REFERIRSE A AUTORIZACIONES Y PERMISOS ESTARÍA HABLANDO LA CONVOCANTE DE LA LICENCIA MUNICIPAL, JUNTO CON LOS AVISOS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA EN EL NUMERAL 6.1	LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA EN EL NUMERAL 6.1 RELATIVO A DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN SU INCISO O, COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO AL NUMERAL 2.1., SIN EMBARGO, EN EL NUMERAL 2.1. REFERENTE A CALIDAD NO SOLICITA DOCUMENTO ALGUNO, PREGUNTA: ¿REQUIERE LA CONVOCANTE SE PRESENTE ESCRITO DONDE SE MENCIONE QUE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SON DE BUENA CALIDAD EN TODOS SUS MATERIALES Y QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE?LA CONVOCANTE SOLICITA	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			<p>COMO PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA EN EL NUMERAL 6.1 RELATIVO A DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN SU INCISO O, COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO AL NUMERAL 2.1., SIN EMBARGO, EN EL NUMERAL 2.1. REFERENTE A CALIDAD NO SOLICITA DOCUMENTO ALGUNO, PREGUNTA: ¿REQUIERE LA CONVOCANTE SE PRESENTE ESCRITO DONDE SE MENCIONE QUE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SON DE BUENA CALIDAD EN TODOS SUS MATERIALES Y QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE?</p>	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2, NUMERAL 6	<p>CON REFERENCIA AL ANEXO 2, TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO, EN SU NUMERAL 6 MENCIONA QUE LA CONTRATACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR CLAVES, EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO OFERTE EL 100% DE LAS CLAVES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ENTENDEMOS QUE SI NO SE COTIZA TODAS LAS CLAVES DE LA PARTIDA EN LA QUE SE PARTICIPA NO SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. PREGUNTA: ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	GLOSARIO DE TÉRMINOS, PRIMER PÁRRAFO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	<p>CON REFERENCIA A LA PÁGINA 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS, PRIMER PÁRRAFO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PUEDE LA CONVOCANTE ACLARA QUE ÁREA Y QUE PERSONA EN FUNCIONES SERÁ LA ENCARGA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, LO ANTERIOR PARA TENER EL NOMBRE Y ÁREA EN FUNCIONES PARA TRATAR TEMAS DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. PREGUNTA: ¿CUÁL SERÍA EL NOMBRE Y ÁREA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRE EN FUNCIONES?</p>	JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS. DRA. SANDRA JUDITH VAZQUEZ ÁVELAR COORDINADORA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD.
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	<p>NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, MENCIONA CON RESPECTO A LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA SE EMPLEARA LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SABG, ENTENDEMOS QUE SE PODRÍA ENVIAR UN ARCHIVO PDF SIN FIRMA AUTÓGRAFA Y QUE EN SUSTITUCIÓN DE ESTA SE ESTARÍA EMPLEANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS, POR MEDIO DE COMPRANET 2023 PREGUNTA: ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, PARTIDA 2 CON RESPECTO A ESTE PUNTO REQUIERE LA CONVOCANTE SE AGREGUE TÍTULO Y CEDULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE REALIZARA LAS PRÓTESIS COMO PARTE DE ESTE NUMERAL. PREGUNTA: ¿REQUIERE LA CONVOCANTE SE AGREGUE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL DEL PROTESISTA?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 1 ORTESIS CLAVE 9.77	CON REFERENCIA A LA RELACIÓN DE CLAVES DE ORTESIS, PARTIDA 1 ORTESIS, CLAVE 9.77, RENGLON 8 PLANTILLA SALI CON CUÑAS PREGUNTA: PUEDE LA CONVOCANTE AMPLIAR LA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL QUE SE REQUIERE EN EL REGLÓN ANTES MENCIONADO?	EL MATERIAL UTILIZADO ES PELITE Y LA ALTURA SE INDICARA DE ACUERDO A LA VALORACION MEDICA.
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.40	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.40, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN DE MANO, TIPO GANCHO MECÁNICO, ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DEL CODO CON COPLEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DIAPOSITIVA TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.40	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACIÓN O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.40, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN DE MANO, TIPO GANCHO MECÁNICO, ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DEL CODO CON COPLEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DIAPOSITIVA TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLEE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COPLEE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ES CORRECTA	ES CORRECTA SU APRECIACION

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y
AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.41	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.41, REFERENTE A LA ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN POR ARRIBA DEL CODO CON GANCHO MECÁNICO EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COPLÉE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO MECÁNICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.41	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.41, REFERENTE REFERENTE A LA ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN POR ARRIBA DEL CODO CON GANCHO MECÁNICO EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA; PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COPLÉE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO MECÁNICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLÉE DE FRICCION SE REFIERE AL COPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.42	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.42, REFERENET A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS ELECTRÓNICA PARA MIEMBRO SUPERIOR EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS CON DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MEDIANTE CABLES Y CINTAS DE SUJECIÓN UNIDOS AL CUERPO QUE SE ABRAN O CIERREN A VOLUNTAD POR LA TRACCIÓN EJERCIDA POR EL TENSOR AL RESPECTO : ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SE REFIERE A PROTESIS CON MANO MIOELECTRICA CON 10 POSICIONES O PINZAS	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS; PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			PROGRAMABLES, ACCIONADA POR ELECTRODOS COLOCADOS EN EL SOCKET PARA ACCIONAR, POR LA FUNCIONES MUSCULARES RESIDUALES DEL PACIENTE, CON INTERSASE DE TERMOPLASTICO ENTRE SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU PRIMER RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES GERIÁTRICOS O DIABÉTICOS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU PRIMER RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES GERIÁTRICOS O DIABÉTICOS, LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMETICA , EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.43, RENGLÓN 2 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU SEGUNDO RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA O PACIENTES DE PRIMERA VEZ, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.43, RENGLÓN 2 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU SEGUNDO RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA O PACIENTES DE PRIMERA VEZ, LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMETICA , EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA, PACIENTES SUBSECUENTES. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA EN ESTA CLAVE	SE ACEPTA



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA, PACIENTES SUBSECUENTES. LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMETICA , EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA, PACIENTES SUBSECUENTES. CON REFERNCIA A ESTE CONCEPTO AL SOLICITAR LA CONVOCANTE UNA PROTESIS PARA UN PACIENTE CON ACTIVIDAD MEDIA PARA NO LIMITAR LA EVOLUCION DEL PACIENTE AL SER PACIENTE SUBSECUENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR UN PIE DINAMICO EN LUGAR DE UN PIE SACH, QUE BENEFICIARIA EN MAYOR MEDIDA AL PACIENTE DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOLICITA, PREGUNTA:¿ ACEPTA LA COVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLON: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE RODILLA CON SOCKET SÓLIDO, VÁLVULA DE SUCCIÓN, ARTICULACIONES EMBALADAS LATERALES, PANTORRILLA DE RESINA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLON: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE RODILLA CON SOCKET SÓLIDO, VÁLVULA DE SUCCIÓN, ARTICULACIONES EMBALADAS LATERALES, PANTORRILLA DE RESINA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMETICA , EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 2 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE POLIPROPILENO, VÁLVULA DE SUCCIÓN RODILLA MODULAR CUBIERTA COSMÉTICA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE DE UNA INTERFASE DE TERMOPLASTICO CON BORDES FLEXIBLES, PARA ESTE TIPO DE INTERASE SE SUGIERE SOCKET EXTERNO RIGIDO FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO, PERMITE LA CONVOCANE SE COTICE EN LUGAR DE SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE POLIPROPILENO; COTIZAR UN SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE TERMOPLASTICO CON CONTENEDOR RÍGIDO DE FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO, PREGUNTA ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 2 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE POLIPROPILENO, VÁLVULA DE SUCCIÓN RODILLA MODULAR CUBIERTA COSMÉTICA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE DE UNA INTERFASE DE TERMOPLASTICO CON BORDES FLEXIBLES, LA CONVOCANTE SOLICITA CUBIERTA COSMETICA, PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, RODILLA DE SEGURIDAD, PIE DINÁMICO, CUBIERTA COSMÉTICA Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL REFERIRSE A RODILLA DE SEGURIDAD ESTA SOLICITANDO UNA RODILLA PARA PACIENTES GERIATRICOS CON SEGURO, Y QUE POR ESTE MOTIVO REQUERIRIA LOS COMPONENTES EN ALUMINIO PARA ESTA PROTESIS, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, RODILLA DE SEGURIDAD, PIE DINÁMICO, CUBIERTA COSMÉTICA Y BOLSA DE COLOCACIÓN. LA CONVOCANTE SOLICITA CUBIERTA COSMETICA, PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y
AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 4 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL CUARTO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA, CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, PISTÓN HIDRÁULICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y AUTOMÁTICA, TOBILLO PIE DINÁMICO Y CUBIERTA COSMÉTICA PARA PERSONAS CON ALTA ACTIVIDAD Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET RIGIDO DE FIBRA DE CARBONO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 4 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL CUARTO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA, CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, PISTÓN HIDRÁULICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y AUTOMÁTICA, TOBILLO PIE DINÁMICO Y CUBIERTA COSMÉTICA PARA PERSONAS CON ALTA ACTIVIDAD Y BOLSA DE COLOCACIÓN. A CONVOCANTE SOLICITA CUBIERTA COSMETICA, PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.46	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.46, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE MANO , ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE MUÑECA CON COUPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL. DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.46	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.46, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE MANO ,EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE MUÑECA CON COUPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL. DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLÉE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COUPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.47	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.47, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ABAJO DEL CODO ,EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL PRIMER RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DE CODO CON COPLÉE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO. SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLÉE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COUPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.47	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.47, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ABAJO DEL CODO ,EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLON : PRÓTESIS PARA	ES CORRECTA SU APRECIACION



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			AMPUTACIÓN DEBAJO DE CODO CON COPLÉE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO. SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL PRIMER RENGLON SOLICITA:PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE CODO CON ARTICULACIÓN DE CODO, COOPLE DE FRICCIÓN, DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLÉE DE FRICCION SE REFIERE AL COPLÉE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLON : PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE CODO CON ARTICULACIÓN DE CODO, COOPLE DE FRICCIÓN, DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

SA DE CV			<p>PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL SEGUNDO RENGLON SOLICITA:PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COUPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLER DE FRICCION SE REFIERE AL COPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.48	<p>ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON :PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COUPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS., ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.49	<p>ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.49, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN EN DESARTICULADO DEL HOMBRO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA:PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE HOMBRO, CON ARTICULACIÓN DE HOMBRO CODO MECÁNICO, COPLER DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, GANCHO DE PLÁSTICO PARA HOMBRO, UNIDAD DE BRAZO Y ANTEBRAZO Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO. , ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLER DE FRICCION SE REFIERE AL COPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.49	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.49, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN EN DESARTICULADO DEL HOMBRO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA :PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE HOMBRO, CON ARTICULACIÓN DE HOMBRO CODO MECÁNICO, COPLÉE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, GANCHO DE PLÁSTICO PARA HOMBRO, UNIDAD DE BRAZO Y ANTEBRAZO Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO., ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE TERMOPLASTICO Y ARNES COMO MEDIO DE SUJECION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.70	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.70, ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE PIE, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON :PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN TIPO SYME (PIE) CON SOCKET SÓLIDO, FIBRA DE VIDRIO, PIE SYME Y APERTURA LATERAL PARA INTRODUCIR EL MUÑÓN., LA CONVOCANTE SOLICITA SOCKET SOLIDO, FIBRA DE VIDRIO, POR EL NIVEL DE AMPUTACION Y LAS PROPIEDADES SUPERIORES QUE MANEJA LA FIBRA DE CARBONO EN COMBINACION CON UNA INTERFASE TERMOPLASTICA, SOLICITAMOS EN BENEFICIO DE UNA MEJOR ADAPTACION PARA EL PACIENTE A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR SOCKET SOLIDO FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO CON INTERFASE DE TERMOLASTICO, PREGUNRTA: ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.71	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.71, ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR EN DESARTICULADO DE CADERA, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL SEGUNDO REGLON :PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE CADERA CON CANASTILLA PÉLVICA TIPO UCLA RÍGIDA Y FLEXIBLE, SISTEMA MODULAR COMPLETO DE ACERO, CUBIERTA COSMÉTICA, PIÉ DINÁMICO ENTENDEMOS QUE AL SOLICITASR CANASTILLA RIGIDA Y FLEXIBLE SE REFIERNE A UNA	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			CANASTILLA DE TEMOPLASTICO Y RESINA, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2 NUMERAL 1	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE PARA QUE EL ASEGURADO TENGA DERECHO A LA DOTACION O REPARACION DE ORTESIS Y PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, SERA NECESARIO QUE PRESENTE AL PROVEEDOR ADJUDICADO EL FORMATO "AVISO DE ATENCIÓN MEDICA INICIAL Y CALIFICACIÓN DE PROBABLE ACCIDENTE DE TRABAJO ST-7" 2320-009-29 DONDE CUENTE CON EL DICTAMEN DE "SI SE ACEPTA COMO ACCIDENTE DE TRABAJO" O QUE PRESENTE EL FORMATO "AVISO DE ATENCIÓN MEDICA INICIAL Y CALIFICACIÓN DE PROBABLE ENFERMEDAD DE TRABAJO ST-9" 2320-009-290 DONDE CUENTE CON EL DICTAMEN DE "SÍ SE ACEPTA COMO ENFERMEDAD DE TRABAJO", REALIZADOS POR EL MEDICO DE SALUD EN EL TRABAJO, O EN SU CASO "DICTAMEN DE RÉCAIDA POR RIESGO DE TRABAJO ST-8" 2320-0009-086, PREGUNTA ¿TAMBIEN SERA ACEPTADA LOS FORMATOS ANTERIORES COMO MT-1 Y MT-3 , EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO?	NO SON NECESARIOS LOS FORMATOS MT1 Y MT3
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2 NUMERAL 1	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE PARA QUE EL ASEGURADO TENGA DERECHO A LA DOTACION O REPARACION DE ORTESIS Y PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2. DICE QUE SE CONSIDERAN TAMBIÉN CON DERECHO, LOS TRABAJADORES EN ACTIVO Y LOS PENSIONADOS O JUBILADOS DEL IMSS, ACORDE A LA CLÁUSULA 90 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PREGUNTA QUE DOCUMENTO PRESENTARAN LOS TRABAJADORES EN ACTIVO PARA TENER DERECHO AL SERVIO O SI BASTA CON QUE SE PRESENTE COMPROBANTE DE ULTIMO PAGO INSTITUCIONAL PARA RECIBIR EL SERVIO, ESTO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	BASTA CONQUE PRESENTEN VIGENCIA DE DERECHOS PROPORCIONAD A POR LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA CORRESPONDIE NTE
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 1.1 SEGUNDO PÁRRAFO	CON REFERENCIA AL NUMERAL 1.1 SEGUNDO PÁRRAFO, LA CONVOCANTE SOLICITA PARA EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, QUE SE DEBERÁ DE INCLUIR A SU PROPUESTA TÉCNICA, ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS,	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			ÉSTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, YA QUE MUCHOS DE LOS BIENES SON FABRICADOS A MEDIDA, PERMITA LA CONVOCANTE SE PRESENTEN FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE SE OFERTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO PREGUNTA: ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA SOLICITUD?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMIO	CON RESPECTO AL NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMIOS, SOLICITA EN EL LA PARTIDA 1 ORTESIS SOLICITA LICENCIA MUNICIPAL DEL AÑO EN QUE SE REALICE LA LICITACIÓN, PREGUNTA ESTA LICENCIA MUNICIPAL SE ENETIENDE QUE DEBE DE SER DEL ESTADO DE JALISCO Y CORRESPONDERÁ A MANUFACTURA Y COMERCIO DE APARATOS ORTOPEDICOS QUE CORRESPONDE A LOS BIENES SOLCITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMIOS, REFERENTE A LA PARTIDA 1	CON RESPECTO AL NUMERAL 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMIOS, SOLICITA EN LA PARTIDA 1 ORTESIS, LICENCIA MUNICIPAL DEL AÑO EN QUE SE REALICE LA LICITACIÓN PREGUNTA SERÁ NECESARIO QUE SE PRESENTE TAMBIÉN ESTA LICENCIA, PARA EL MISMO NUMERAL, PERO PARA LA PARTIDA 2 DE DOTACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y ORTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES YA QUE NO SE MENCIONA, PERO SOLICITA AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN EL INCISO 3, ENTENDEMOS QUE AL REFERIRSE A AUTORIZACIONES Y PERMISOS ESTARÍA HABLANDO LA CONVOCANTE DE LA LICENCIA MUNICIPAL, JUNTO CON LOS AVISOS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA EN EL NUMERAL 6.1	LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA EN EL NUMERAL 6.1 RELATIVO A DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN SU INCISO O, COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO AL NUMERAL 2.1., SIN EMBARGO, EN EL NUMERAL 2.1. REFERENTE A CALIDAD NO SOLICITA DOCUMENTO ALGUNO, PREGUNTA: ¿REQUIERE LA CONVOCANTE SE PRESENTE ESCRITO DONDE SE MENCIONE QUE LOS BIENES OFERTADOS EN LA	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			<p>PRESENTE CONVOCATORIA SON DE BUENA CALIDAD EN TODOS SUS MATERIALES Y QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE? LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA EN EL NUMERAL 6.1 RELATIVO A DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN SU INCISO O, COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO AL NUMERAL 2.1., SIN EMBARGO, EN EL NUMERAL 2.1. REFERENTE A CALIDAD NO SOLICITA DOCUMENTO ALGUNO, PREGUNTA: ¿REQUIERE LA CONVOCANTE SE PRESENTE ESCRITO DONDE SE MENCIONE QUE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SON DE BUENA CALIDAD EN TODOS SUS MATERIALES Y QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE?</p>	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2, NUMERAL 6	<p>CON REFERENCIA AL ANEXO 2, TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO, EN SU NUMERAL 6 MENCIONA QUE LA CONTRATACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR CLAVES, EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO OFERTE EL 100% DE LAS CLAVES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ENTENDEMOS QUE SI NO SE COTIZA TODAS LAS CLAVES DE LA PARTIDA EN LA QUE SE PARTICIPA NO SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. PREGUNTA: ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	GLOSARIO DE TÉRMINOS, PRIMER PÁRRAFO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	<p>CON REFERENCIA A LA PÁGINA 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS, PRIMER PÁRRAFO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PUEDE LA CONVOCANTE ACLARA QUE ÁREA Y QUE PERSONA EN FUNCIONES SERÁ LA ENCARGA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, LO ANTERIOR PARA TENER EL NOMBRE Y ÁREA EN FUNCIONES PARA TRATAR TEMAS DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. PREGUNTA: ¿CUÁL SERÍA EL NOMBRE Y ÁREA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRE EN FUNCIONES?</p>	JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS . DRA. SANDRA JUDITH VAZQUEZ AVELAR COORDINADORA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD.
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	<p>NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, MENCIONA CON RESPECTO A LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA SE EMPLEARA LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SABG, ENTENDEMOS QUE SE PODRÍA ENVIAR UN ARCHIVO PDF SIN FIRMA AUTÓGRAFA Y QUE EN SUSTITUCIÓN DE ESTA</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y
AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			SE ESTARÍA EMPLEANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS, POR MEDIO DE COMPRANET 2023 PREGUNTA: ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, PARTIDA 2 CON RESPECTO A ESTE PUNTO REQUIERE LA CONVOCANTE SE AGREGUE TÍTULO Y CEDULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE REALIZARA LAS PRÓTESIS COMO PARTE DE ESTE NUMERAL. PREGUNTA: ¿REQUIERE LA CONVOCANTE SE AGREGUE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL DEL PROTESISTA?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 1 ORTESIS CLAVE 9.77	CON REFERENCIA A LA RELACIÓN DE CLAVES DE ORTESIS, PARTIDA 1 ORTESIS, CLAVE 9.77, RENGLON 8 PLANTILLA SALI CON CUÑAS PREGUNTA: PUEDE LA CONVOCANTE AMPLIAR LA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL QUE SE REQUIERE EN EL REGLÓN ANTES MENCIONADO?	EL MATERIAL UTILIZADO ES PELITE Y LA ALTURA SE INDICARA DE ACUERDO A LA VALORACION MEDICA.
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.40	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.40, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN DE MANO, TIPO GANCHO MECÁNICO, ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DEL CODO CON COPLEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DIAPOSITIVA TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.40	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.40, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN DE MANO, TIPO GANCHO MECÁNICO, ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DEL CODO CON COPLEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DIAPOSITIVA TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLEE DE	ES CORRECTA SU APRECIACION

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			FRICCION SE REFIERE AL COPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.41	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.41, REFERENTE A LA ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN POR ARRIBA DEL CODO CON GANCHO MECÁNICO EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COPLEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO MECÁNICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.41	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.41, REFERENTE REFERENTE A LA ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN POR ARRIBA DEL CODO CON GANCHO MECÁNICO EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA; PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COPLEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO MECÁNICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLEE DE FRICCION SE REFIERE AL COPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.42	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.42, REFERENET A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS ELECTRÓNICA PARA MIEMBRO SUPERIOR EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS CON DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MEDIANTE CABLES Y CINTAS DE SUJECIÓN UNIDOS AL CUERPO QUE SE ABRAN O CIERREN A VOLUNTAD POR LA TRACCIÓN	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			EJERCIDA POR EL TENSOR AL RESPECTO : ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SE REFIERE A PROTESIS CON MANO MIOELECTRICA CON 10 POSICIONES O PINZAS PROGRAMABLES, ACCIONADA POR ELECTRODOS COLOCADOS EN EL SOCKET PARA ACCIONAR, POR LA FUNCIONES MUSCULARES RESIDUALES DEL PACIENTE, CON INTERSASE DE TERMOPLASTICO ENTRE SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU PRIMER RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES GERIÁTRICOS O DIABÉTICOS, ENTENDEMOS QUE EL SOCKET SOLIDO LO REQUIERE EN FIBRA DE CARBONO Y RESINA, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU PRIMER RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES GERIÁTRICOS O DIABÉTICOS, LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMETICA , EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.43, RENGLÓN 2 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU SEGUNDO RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			<p>SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA O PACIENTES DE PRIMERA VEZ, ENTENDEMOS QUE EL SOCKET SOLIDO LO REQUIERE EN FIBRA DE CARBONO Y RESINA, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	<p>ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.43, RENGLÓN 2 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU SEGUNDO RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA O PACIENTES DE PRIMERA VEZ, LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMETICA , EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	<p>ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA, PACIENTES SUBSECUENTES. ENTENDEMOS QUE EL SOCKET SOLIDO LO REQUIERE EN FIBRA DE CARBONO Y RESINA, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	<p>ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			ACTIVIDAD MEDIA, PACIENTES SUBSECUENTES. LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMETICA , EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.43, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA, PACIENTES SUBSECUENTES. CON REFERNCIA A ESTE CONCEPTO AL SOLICITAR LA CONVOCANTE UNA PROTESIS PARA UN PACIENTE CON ACTIVIDAD MEDIA PARA NO LIMITAR LA EVOLUCION DEL PACIENTE AL SER PACIENTE SUBSECUENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR UN PIE DINAMICO EN LUGAR DE UN PIE SACH, QUE BENEFICIARIA EN MAYOR MEDIDA AL PACIENTE DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOLICITA, PREGUNTA: ¿ ACEPTA LA COVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLON: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE RODILLA CON SOCKET SÓLIDO, VÁLVULA DE SUCCIÓN, ARTICULACIONES EMBALADAS LATERALES, PANTORRILLA DE RESINA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

SA DE CV			DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLON: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE RODILLA CON SOCKET SÓLIDO, VÁLVULA DE SUCCIÓN, ARTICULACIONES EMBALADAS LATERALES, PANTORRILLA DE RESINA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMETICA , EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 2 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE POLIPROPILENO, VÁLVULA DE SUCCIÓN RODILLA MODULAR CUBIERTA COSMÉTICA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE DE UNA INTERFASE DE TERMOPLASTICO CON BORDES FLEXIBLES, PARA ESTE TIPO DE INTERASE SE SUGIERE SOCKET EXTERNO RIGIDO FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO, PERMITE LA CONVOCANE SE COTICE EN LUGAR DE SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE POLIPROPILENO; COTIZAR UN SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE TERMOPLASTICO CON CONTENEDOR RÍGIDO DE FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO, PREGUNTA ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 2 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE POLIPROPILENO, VÁLVULA DE SUCCIÓN RODILLA MODULAR CUBIERTA COSMÉTICA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE DE UNA INTERFASE DE TERMOPLASTICO CON BORDES FLEXIBLES, LA CONVOCANTE SOLICITA CUBIERTA COSMETICA, PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, RODILLA DE SEGURIDAD, PIE DINÁMICO, CUBIERTA COSMÉTICA Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL REFERIRSE A RODILLA DE SEGURIDAD ESTA SOLICITANDO UNA RODILLA PARA PACIENTES GERIATRICOS CON SEGURO, Y QUE POR ESTE MOTIVO REQUERIRIA LOS COMPONENTES EN ALUMINIO PARA ESTA PROTESIS, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, RODILLA DE SEGURIDAD, PIE DINÁMICO, CUBIERTA COSMÉTICA Y BOLSA DE COLOCACIÓN. LA CONVOCANTE SOLICITA CUBIERTA COSMETICA, PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 4 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL CUARTO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA, CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, PISTÓN HIDRÁULICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y AUTOMÁTICA, TOBILLO PIE DINÁMICO Y CUBIERTA COSMÉTICA PARA PERSONAS CON ALTA ACTIVIDAD Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET RIGIDO DE FIBRA DE CARBONO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES , CLAVE 9.44, RENGLÓN 4 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL CUARTO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA, CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, PISTÓN HIDRÁULICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y AUTOMÁTICA, TOBILLO PIE DINÁMICO Y CUBIERTA COSMÉTICA PARA PERSONAS CON ALTA ACTIVIDAD Y BOLSA DE COLOCACIÓN. A CONVOCANTE SOLICITA CUBIERTA COSMETICA, PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.46	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.46, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE MANO , ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE MUÑECA CON COUPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL. DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.46	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.46, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE MANO ,EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE MUÑECA CON COUPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL. DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLEE DE FRICCION SE REFIERE AL COPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.47	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.47, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ABAJO DEL CODO ,EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL PRIMER RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DE CODO CON COPLEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO. SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLEE DE FRICCION SE REFIERE AL COPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.47	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.47, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ABAJO DEL CODO ,EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLON : PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DE CODO CON COPLEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO. SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y	ES CORRECTA SU APRECIACION



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y
AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL PRIMER RENGLON SOLICITA:PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE CODO CON ARTICULACIÓN DE CODO, COUPLE DE FRICCIÓN, DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLEE DE FRICCION SE REFIERE AL COPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLON : PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE CODO CON ARTICULACIÓN DE CODO, COUPLE DE FRICCIÓN, DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE, PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2; PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL SEGUNDO RENGLON SOLICITA:PRÓTESIS PARA	ES CORRECTA SU APRECIACION





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

			AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLÉE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COPLÉ CON MECANISMO DE CAMBIO RÁPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON :PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS., ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.49	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.49, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN EN DESARTICULADO DEL HOMBRO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA:PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE HOMBRO, CON ARTICULACIÓN DE HOMBRO CODO MECÁNICO, COPLÉE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, GANCHO DE PLÁSTICO PARA HOMBRO, UNIDAD DE BRAZO Y ANTEBRAZO Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO. , ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPLÉE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COPLÉ CON MECANISMO DE CAMBIO RÁPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES; CLAVE	ES CORRECTA SU APRECIACION



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

MEXICO SA DE CV		CLAVE 9.49	9.49, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN EN DESARTICULADO DEL HOMBRO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA :PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE HOMBRO, CON ARTICULACIÓN DE HOMBRO CODO MECÁNICO, COPLÉE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, GANCHO DE PLÁSTICO PARA HOMBRO, UNIDAD DE BRAZO Y ANTEBRAZO Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO., ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE RÉQUIERE INTERFASE TERMOPLASTICO Y ARNES COMO MEDIO DE SUJECION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.70	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.70, ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE PIE, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON :PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN TIPO SYME (PIE) CON SOCKET SÓLIDO, FIBRA DE VIDRIO, PIE SYME Y APERTURA LATERAL PARA INTRODUCIR EL MUÑÓN., LA CONVOCANTE SOLICITA SOCKET SOLIDO, FIBRA DE VIDRIO, POR EL NIVEL DE AMPUTACION Y LAS PROPIEDADES SUPERIORES QUE MANEJA LA FIBRA DE CARBONO EN COMBINACION CON UNA INTERFASE TERMOPLASTICA, SOLICITAMOS EN BENEFICIO DE UNA MEJOR ADAPTACION PARA EL PACIENTE A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR SOCKET SOLIDO FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO CON INTERFASE DE TERMOLASTICO, PREGUNRTA: ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 PARTIDA 2 CLAVE 9.71	ANEXO 2, PARTIDA 2 DOTACION O REPARACION DE PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, CLAVE 9.71, ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR EN DESARTICULADO DE CADERA, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL SEGUNDO REGLON :PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE CADERA CON CANASTILLA PÉLVICA TIPO UCLA RÍGIDA Y FLEXIBLE, SISTEMA MODULAR COMPLETO DE ACERO, CUBIERTA COSMÉTICA, PIÉ DINÁMICO, ENTENDEMOS QUE AL SOLICITASR CANASTILLA RIGIDA Y FLEXIBLE SE REFIERNE A UNA CANASTILLA DE TEMOPLASTICO Y RESINA, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION

Handwritten signatures in blue ink.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2 NUMERAL 1	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE PARA QUE EL ASEGURADO TENGA DERECHO A LA DOTACION O REPARACION DE ORTESIS Y PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, SERA NECESARIO QUE PRESENTE AL PROVEEDOR ADJUDICADO EL FORMATO "AVISO DE ATENCIÓN MEDICA INICIAL Y CALIFICACIÓN DE PROBABLE ACCIDENTE DE TRABAJO ST-7" 2320-009-29 DONDE CUENTE CON EL DICTAMEN DE "SI SE ACEPTA COMO ACCIDENTE DE TRABAJO" O QUE PRESENTE EL FORMATO "AVISO DE ATENCIÓN MEDICA INICIAL Y CALIFICACIÓN DE PROBABLE ENFERMEDAD DE TRABAJO ST-9" 2320-009-290 DONDE CUENTE CON EL DICTAMEN DE "SÍ SE ACEPTA COMO ENFERMEDAD DE TRABAJO", REALIZADOS POR EL MEDICO DE SALUD EN EL TRABAJO, O EN SU CASO "DICTAMEN DE RECAÍDA POR RIESGO DE TRABAJO ST-8" 2320-0009-086, PREGUNTA ¿TAMBIEN SERA ACEPTADA LOS FORMATOS ANTERIORES COMO MT-1 Y MT-3 , EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO?	NO SON NECESARIOS LOS FORMATOS MT1 Y MT3
O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2 NUMERAL 1	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE PARA QUE EL ASEGURADO TENGA DERECHO A LA DOTACION O REPARACION DE ORTESIS Y PROTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2. DICE QUE SE CONSIDERAN TAMBIÉN CON DERECHO, LOS TRABAJADORES EN ACTIVO Y LOS PENSIONADOS O JUBILADOS DEL IMSS, ACORDE A LA CLÁUSULA 90 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PREGUNTA QUE DOCUMENTO PRESENTARAN LOS TRABAJADORES EN ACTIVO PARA TENER DERECHO AL SERVIO O SI VASTA CON QUE SE PRESENTE COMPROBANTE DE ULTIMO PAGO INSTITUCIONAL PARA RECIBIR EL SERVIO, ESTO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	BASTA CONQUE PRESENTEN VIGENCIA DE DERECHOS PROPORCIONAD A POR LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA CORRESPONDIE NTE

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas para remitir por CompraNet, las preguntas a las aclaraciones que consideren necesarias en relación con las modificaciones realizadas, mediante CompraNet.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/> Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Periférico sur número



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-27-2025
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, PARTIDA 1: ORTESIS, PARTIDA 2: DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y
AYUDAS FUNCIONALES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL OOAD ESTATAL JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

8000, colonia Santa Maria Tequepexpan, un ejemplar de la presente acta en el pizarrón de avisos disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 10:20 horas, del día, mes y año en que se actúa.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Mtra. Oralia Grajeda Estrada	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.	
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Jefa de la oficina de Adquisición de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dra. Sandra Judith Vazquez Avelar	Titular de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud	

Por el órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor del Área de Auditoría Interna de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control, designado mediante oficio número 00641/30.102/0161/2025	

