



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACION PÚBLICA NACIONAL	
No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL OOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 08:00 horas, del 22 de abril del 2026, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Publica indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 90 y 91 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria.

El acto fue presidido por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública).

El funcionario público que preside el presente acto, fue asistido por el Dr. Luis Arody Pulido Coordinación Auxiliar de Atención Medica en Unidades de Segundo Nivel de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas quien solventa las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de Compras MX, del siguiente licitante:

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
1	O AND P DE MEXICO SA DE CV	41

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 1.1 SEGUNDO PÁRRAFO,	CON REFERENCIA AL NUMERAL 1.1 SEGUNDO PÁRRAFO, LA CONVOCANTE SOLICITA PARA EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, QUE SE DEBERÁ DE INCLUIR A SU PROPUESTA TÉCNICA, ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, YA QUE MUCHOS DE LOS BIENES SON FABRICADOS A MEDIDA, PERMITA LA CONVOCANTE SE PRESENTEN FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE SE OFERTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO PREGUNTA: ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
2	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1 INCISO K	LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPOENEN LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL NUMERAL 6.1 RELATIVO A DOCUMENTACIÓN EN SU INCISO K) NO SOLICITA DOCUMENTO ALGUNO, PREGUNTA: ¿REQUIERE LA CONVOCANTE SE PRESENTE ALGÚN ESCRITO EN ESTE NUMERAL. PREGUNTA: ¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REQUIERE ANEXAR ALGÚN DOCUMENTO EN ESTE NUMERAL?	NO SE REQUIERE
3	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.1 INCISO J	LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPOENEN LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL NUMERAL 6.1 RELATIVO A DOCUMENTACIÓN EN SU INCISO J) ENTENDEMOS QUE, AL SER UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER, ÚNICAMENTE PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS BIENES A ADQUIRIR SEAN PRODUCIDOS EN EL PAÍS Y CUENTEN, POR LO MENOS, CON UN SESENTA Y CINCO POR CIENTO DE CONTENIDO NACIONAL, EL QUE SE DETERMINARÁ TOMANDO EN CUENTA LA MANO DE OBRA ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6.2	CON REFERENCIA AL NUMERAL 6.2 LA CONVOCANTE MENCIONA QUE LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE POR RENGLÓN, CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, CUMPLIENDO Estrictamente CON LO SEÑALADO, ES DECIR, DEBERÁ COTIZAR EL 100% CONFORME AL ANEXO NÚMERO 2 (DOS). ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS	LA NO PRESENTACION DE OFERTA DE ALGUNA DE LAS CLAVES DE LA PRESENTE LICITACION SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA ANEXO TECNICO, CON LAS CLAVES CORRECTAS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL OOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				REGLONES SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, PUEDE ACLARAR LA CONVOCANTE SI EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO OFERTE EL 100% DE LAS CLAVES SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. PREGUNTA: ¿PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO?	
5	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.1	NUMERAL 2.1 LA CONVOCANTE SOLICITA ACOMPAÑAR SU PROPUESTA DE CON COPIA DEL REGISTRO SANITARIO, VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS, PARA EL CASO DE LOS INSUMOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICIÓN PREGUNTA: ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTA
6	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.1	NUMERAL 2.1 SOLICITA, PARA BIENES NACIONALES, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EMITIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Y/O, ENTENDEMOS QUE SE REFIERE QUE SE PUEDE ANEXAR YA SEA CERTIFICADO E BUENAS PRÁCTICAS Y/O LOS DOCUMENTOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.2 LICENCIAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
7	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PÁGINA 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS	CON REFERENCIA A LA PÁGINA 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS, PRIMER PÁRRAFO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR QUE ÁREA Y QUE PERSONA EN FUNCIONES SERÁ LA ENCARGA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, LO ANTERIOR R PARA TENER EL NOMBRE Y ÁREA EN FUNCIONES PARA TRATAR TEMAS DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. PREGUNTA: ¿CUÁL SERÍA EL NOMBRE Y ÁREA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRE EN FUNCIONES?	EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO SERA DESIGNADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS, EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO SE DARA A CONOCER AL MOMENTO DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.
8	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	NUMERAL 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, CON RESPECTO A ESTE PUNTO REQUIERE LA CONVOCANTE SE AGREGUE TÍTULO Y CEDULA PROFESIONAL DE LAS PERSONA QUE REALIZARA LAS PRÓTESIS	SI SE REQUIERE
9	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 NUMERAL 9.40	ANEXO 2 REQUIMIENTO, CLAVE 9.40, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN DE MANO, TIPO GANCHO MECÁNICO, ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DEL CODO CON COPILEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DIAPOSITIVA TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPILEE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COPILE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
10	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 NUMERAL 9.40	ANEXO 2 REQUIMIENTO, CLAVE 9.40, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN DE MANO, TIPO GANCHO MECÁNICO, ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DEL CODO CON COPILEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DIAPOSITIVA TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
11	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.41	ANEXO 2 REQUIMIENTO, CLAVE 9.41, REFERENTE A LA ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN POR ARRIBA DEL CODO CON GANCHO MECÁNICO EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COPILEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO MECÁNICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
12	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.41	ANEXO 2 REQUIMIENTO, CLAVE 9.41, REFERENTE A LA ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN POR ARRIBA DEL CODO CON GANCHO MECÁNICO EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COPILEE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO MECÁNICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COPILEE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COPILE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
13	O AND P DE	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.42	ANEXO 2 REQUIMIENTO, CLAVE 9.42, REFERENTE A	ES CORRECTA SU APRECIACION



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL DOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEXICO SA DE CV			ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS ELECTRÓNICA PARA MIEMBRO SUPERIOR EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS CON DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MEDIANTE CABLES Y CINTAS DE SUJECCIÓN UNIDOS AL CUERPO QUE SE ABRA O CIERREN A VOLUNTAD POR LA TRACCIÓN EJERCIDA POR EL TENSOR, AL RESPECTO: ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SE REFIERE A PRÓTESIS CON MANO MIOELECTRICA CON 10 POSICIONES O PINZAS PROGRAMABLES, ACCIONADA POR ELECTRODOS COLOCADOS EN EL SOCKET PARA ACCIONAR POR LAS FUNCIONES MUSCULARES RESIDUALES DEL PACIENTE, CON INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE SOCKET SÓLIDO O RÍGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACIÓN Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
14	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2 REQUEIMIENTO CLAVE 9.43, RENGLÓN 1 REFERENTE A: ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU PRIMER RENGLÓN SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABAJO AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES GERIÁTRICOS O DIABÉTICOS, LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMÉTICA, EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMÉTICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMÉTICA PREFABRICADA CON RESISTENCIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTA SU PETICION
15	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.43, RENGLÓN 1 REFERENTE A: ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU PRIMER RENGLÓN SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABAJO AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES GERIÁTRICOS O DIABÉTICOS, LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMÉTICA, EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMÉTICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMÉTICA PREFABRICADA CON RESISTENCIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTA SU PETICION
16	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.43, RENGLÓN 2 REFERENTE A: ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU SEGUNDO RENGLÓN SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABAJO AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA O PACIENTES DE PRIMERA VEZ, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SÓLIDO O RÍGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACIÓN Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
17	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.43, RENGLÓN 2 REFERENTE A: ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA, EN SU SEGUNDO RENGLÓN SOLICITA: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABAJO AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA O PACIENTES DE PRIMERA VEZ, LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMÉTICA, EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMÉTICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMÉTICA PREFABRICADA CON RESISTENCIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTA SU PETICION
18	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.43, RENGLÓN 3 REFERENTE A: ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLÓN: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABAJO AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA, PACIENTES SUBSECUENTES. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SÓLIDO O RÍGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACIÓN Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
19	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.43, RENGLÓN 3 REFERENTE A: ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLÓN: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABAJO AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACH RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA, PACIENTES SUBSECUENTES. LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMÉTICA, EN	SE ACEPTA SU PETICION



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL OOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	
20	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.43	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.43, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR DEBAJO DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLÓN: PRÓTESIS TIPO 3S CON SOCKET SÓLIDO, ENCAJE DE SUCCIÓN DE SILICÓN, SISTEMA DE TRABA AUTOMÁTICO, PANTORRILLA Y PIE TIPO SACHI RECOMENDADO PARA PACIENTES CON ACTIVIDAD MEDIA, PACIENTES SUBSECUENTES. CON REFERENCIA A ESTE CONCEPTO AL SOLICITAR LA CONVOCANTE UNA PROTESIS PARA UN PACIENTE CON ACTIVIDAD MEDIA PARA NO LIMITAR LA EVOLUCION DEL PACIENTE AL SER PACIENTE SUBSECUENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR UN PIE DINAMICO EN LUGAR DE UN PIE SACH, QUE BENEFICIARIA EN MAYOR MEDIDA AL PACIENTE DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOLICITA, PREGUNTA ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA SU PETICION
21	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.44, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLÓN: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE RODILLA CON SOCKET SÓLIDO, VÁLVULA DE SUCCIÓN, ARTICULACIONES EMBALADAS LATERALES, PANTORRILLA DE RESINA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE, ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
22	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.44, RENGLÓN 1 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLÓN: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE RODILLA CON SOCKET SÓLIDO, VÁLVULA DE SUCCIÓN, ARTICULACIONES EMBALADAS LATERALES, PANTORRILLA DE RESINA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. LA CONVOCANTE NO MENCIONA SI LA REQUIERE CON CUBIERTA COSMETICA, EN CASO DE REQUERIRLA CON CUBIERTA COSMETICA PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA SU PETICION
23	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.44, RENGLÓN 2 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLÓN: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE POLIPROPILENO, VÁLVULA DE SUCCIÓN RODILLA MODULAR CUBIERTA COSMÉTICA Y PIE TIPO SACH Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE DE UNA INTERFASE DE TERMOPLASTICO CON BORDES FLEXIBLES, PARA ESTE TIPO DE INTERFASE SE SUGIERE SOCKET EXTERNO RÍGIDO FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO, PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE EN LUGAR DE SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE POLIPROPILENO; COTIZAR UN SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE TERMOPLASTICO CON CONTENEDOR RÍGIDO DE FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO, PREGUNTA ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA SU PETICION
24	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, PARTIDA, CLAVE 9.44, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLÓN: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, RODILLA DE SEGURIDAD, PIE DINAMICO, CUBIERTA COSMÉTICA Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL REFERIRSE A RODILLA DE SEGURIDAD ESTA SOLICITANDO UNA RODILLA PARA PACIENTES GERIATRICOS CON SEGURO, Y QUE POR ESTE MOTIVO REQUERIRIA LOS COMPONENTES EN ALUMINIO PARA ESTA PROTESIS, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
25	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.44, RENGLÓN 3 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL TERCER RENGLÓN: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA ENDOESQUELÉTICA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA DE BORDES FLEXIBLES DE CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, RODILLA DE SEGURIDAD, PIE DINAMICO, CUBIERTA COSMÉTICA Y BOLSA DE COLOCACIÓN. LA	SE ACEPTA SU PETICION



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL OOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONVOCANTE SOLICITA CUBIERTA COSMETICA, PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	
26	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.44, RENGLÓN 4 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL CUARTO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA, CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, PISTÓN HIDRÁULICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y AUTOMÁTICA, TOBILLO PIE DINÁMICO Y CUBIERTA COSMÉTICA PARA PERSONAS CON ALTA ACTIVIDAD Y BOLSA DE COLOCACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET RIGIDO DE FIBRA DE CARBONO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
27	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.44	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.44, RENGLÓN 4 REFERENTE A ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR POR ARRIBA DE RODILLA EN ESTA CLAVE SOLICITA EN EL CUARTO RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE LA RODILLA CON SOCKET ANATÓMICO DE CONTENCIÓN ISQUIÁTICA, CONTENEDOR RÍGIDO DE FIBRA DE CARBONO, PISTÓN HIDRÁULICO DE VELOCIDAD VARIABLE Y AUTOMÁTICA, TOBILLO PIE DINÁMICO Y CUBIERTA COSMÉTICA PARA PERSONAS CON ALTA ACTIVIDAD Y BOLSA DE COLOCACIÓN. A CONVOCANTE SOLICITA CUBIERTA COSMETICA, PERMITE LA CONVOCANTE SE COTICE CUBIERTA COSMETICA PREFABRICADA CON RESISTECIA AL AGUA Y DISPONIBLE EN CUATRO COLORES DIFERENTES ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA PETICION?	SE ACEPTA SU PETICION
28	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.46	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.46, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE MANO, ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE MUÑECA CON COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO O RIGIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
29	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.46	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.46, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE MANO, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA: PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE MUÑECA CON COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COOPLE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COOPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
30	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.47	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.47, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE MANO, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL PRIMER RENGLON SOLICITA: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DE CODO CON COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COOPLE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COOPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
31	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.47	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.47, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE MANO, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL PRIMER RENGLON: PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN DEBAJO DE CODO CON COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, SOPORTE PARA TRÍCEPS Y ARNÉS. GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
32	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL PRIMER RENGLON SOLICITA:PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE CODO CON ARTICULACIÓN DE	ES CORRECTA SU APRECIACION

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL OOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CODO, COOPLE DE FRICCIÓN, DISPOSITIVO TERMINAL GANCHO METÁLICO, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COOPLE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COOPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
33	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL SEGUNDO RENGLON SOLICITA:PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COOPLE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COOPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
34	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE EN EL SEGUNDO RENGLON SOLICITA:PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COOPLE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COOPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
35	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.48	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.48, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN ARRIBA DEL CODO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON :PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE CODO CON COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, CODO MECÁNICO, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, SOCKET SÓLIDO, UNIDAD DE ANTEBRAZO Y ARNÉS, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE DE TERMOPLASTICO ENTRE EL SOCKET SOLIDO Y LA PIEL DEL PACIENTE PARA MEJORAR EL AJUSTE,ADAPTACION Y PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
36	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.49	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.49, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN EN DESARTICULADO DEL HOMBRO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA:PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE HOMBRO, CON ARTICULACIÓN DE HOMBRO CODO MECÁNICO, COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, GANCHO DE PLÁSTICO PARA HOMBRO, UNIDAD DE BRAZO Y ANTEBRAZO Y ARNÉS, GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE AL SOLICITAR COOPLE DE FRICCIÓN SE REFIERE AL COOPLE CON MECANISMO DE CAMBIO RAPIDO PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISPOSITIVO TERMINAL AL PACIENTE YA SEA MANO O GANCHO, PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
37	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.49	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.49, REFERENTE ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD SUPERIOR EN AMPUTACIÓN EN DESARTICULADO DEL HOMBRO , EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA :PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE HOMBRO, CON ARTICULACIÓN DE HOMBRO CODO MECÁNICO, COOPLE DE FRICCIÓN, SISTEMA DE CABLE DE CONTROL, DISPOSITIVO TERMINAL, GANCHO METÁLICO, GANCHO DE PLÁSTICO PARA HOMBRO, UNIDAD DE BRAZO Y ANTEBRAZO Y ARNÉS, GANCHO METÁLICO, ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE INTERFASE TERMOPLASTICO Y ARNES COMO MEDIO DE SUJECION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
38	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.70	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.70, ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR EN AMPUTACIÓN PARCIAL Y/O TOTAL DE PIE, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL SEGUNDO RENGLON :PRÓTESIS PARA AMPUTACIÓN TIPO SYME (PIE) CON SOCKET SÓLIDO, FIBRA DE VIDRIO, PIE SYME Y APERTURA LATERAL PARA INTRODUCIR EL MUÑÓN, LA CONVOCANTE SOLICITA SOCKET SOLIDO, FIBRA DE VIDRIO, POR EL NIVEL DE AMPUTACION Y LAS PROPIEDADES SUPERIORES QUE MANEJA LA FIBRA DE CARBONO EN COMBINACION CON UNA INTERFASE TERMOPLASTICA, SOLICITAMOS EN BENEFICIO DE UNA MEJOR ADAPTACION PARA EL PACIENTE A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR SOCKET SOLIDO , FIBRA DE CARBONO CON INTERFASE DE TERMOPLASTICO, PREGUNRTA: ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA	SE ACEPTA SU PETICION

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL OOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PETICIÓN?	
39	O AND P DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 CLAVE 9.71	ANEXO 2 REQUEIMIENTO, CLAVE 9.71, ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS PARA EXTREMIDAD INFERIOR EN DESARTICULADO DE CADERA, EN ESTA CLAVE LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL SEGUNDO REGION :PRÓTESIS PARA DESARTICULADO DE CADERA CON CANASTILLA PÉLVICA TIPO UCLA RÍGIDA Y FLEXIBLE, SISTEMA MODULAR COMPLETO DE ACERO, CUBIERTA COSMÉTICA, PIÉ DINÁMICO, ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR CANASTILLA RÍGIDA Y FLEXIBLE SE REFIERE A UNA CANASTILLA DE TENOPLASTICO Y RESINA, PREGUNTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
40	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 PARRAFO 1	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE PARA QUE EL ASEGURADO TENGA DERECHO A LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE ORTESIS, SERÁ NECESARIO QUE PRESENTE AL "PROVEEDOR" EL FORMATO "AVISO DE ATENCIÓN MEDICA INICIAL Y CALIFICACIÓN DE PROBABLE ACCIDENTE DE TRABAJO ST-7" DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 3A21-003-010 DONDE CUENTE CON EL DICTAMEN DE "SI SE ACEPTA COMO ACCIDENTE DE TRABAJO" O QUE PRESENTE EL FORMATO "AVISO DE ATENCIÓN MEDICA INICIAL Y CALIFICACIÓN DE PROBABLE ENFERMEDAD DE TRABAJO ST-9" PROCEDIMIENTO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRABAJO 3A21-003-003 DONDE CUENTE CON EL DICTAMEN DE "SI SE ACEPTA COMO ENFERMEDAD DE TRABAJO, PREGUNTA ¿TAMBIEN SERA ACEPTADA LOS FORMATOS ANTERIORES COMO MT-1 Y MT-3, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO?	SI SERAN ACEPTADOS
41	O AND P DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 1 PARRAFO 2	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE SE CONSIDERAN TAMBIÉN CON DERECHO, LOS TRABAJADORES EN ACTIVO Y LOS PENSIONADOS O JUBILADOS DEL IMSS, ACORDE A LA CLÁUSULA 90 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SOLO PODRÁ HABER CASOS DE EXCEPCIÓN CON DERECHO A DOTACIÓN O REPARACIÓN, CUANDO OBR E UNA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O POR LAUDO, PREGUNTA QUE DOCUMENTO PRESENTARAN LOS TRABAJADORES EN ACTIVO PARA TENER DERECHO AL SERVICIO O SI VASTA CON QUE SE PRESENTE COMPROBANTE DE ULTIMO PAGO INSTITUCIONAL PARA RECIBIR EL SERVICIO, ESTO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO O CUAL SERA EL MECANISMO PARA SABER SI ES FAVORECIDO CON LA DOTACION O NO EL TREFAJADOR, ESTO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO	ULTIMO COMPROBANTE DE PAGO

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Relación de claves de prótesis, órtesis o ayudas funcionales		
Clave: 2680-A03-002		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION DE LA CLAVE
9.40	Adaptación de prótesis para extremidad superior en amputación de mano, tipo gancho mecánico	Prótesis para amputación debajo del codo con coplee de fricción, sistema de cable de control, diapositiva terminal gancho metálico, socket sólido, soporte para tríceps y arnés. Gancho metálico.
9.41	Adaptación de prótesis para extremidad superior en amputación por arriba del codo con gancho mecánico	Prótesis para amputación arriba de codo con coplee de fricción, sistema de cable de control, codo mecánico, dispositivo terminal, gancho mecánico, socket sólido, unidad de antebrazo y arnés
9.42	Adaptación de prótesis electrónica para miembro superior	Prótesis con dispositivo de apertura y cierre mediante cables y cintas de sujeción unidos al cuerpo que se abran o cierren a voluntad por la tracción ejercida por el tensor
9.43	Adaptación de prótesis para extremidad inferior por debajo de rodilla	Prótesis tipo 3S con socket sólido, encaje de succión de silicón, sistema de traba automático, pantorrilla y pie tipo Sach recomendado para pacientes geriátricos o diabéticos.
		Prótesis tipo 3S con socket sólido, encaje de succión de silicón, sistema de traba automático, pantorrilla y pie tipo Sach recomendado para pacientes con actividad media o pacientes de primera vez.
		Prótesis tipo 3S con socket sólido, encaje de succión de silicón, sistema de traba automático, pantorrilla y pie tipo Sach recomendado para pacientes con actividad media, pacientes subsecuentes.
9.44	Adaptación de prótesis para extremidad inferior por arriba de rodilla	Prótesis para desarticulado de rodilla con Socket sólido, válvula de succión, articulaciones embaladas laterales, pantorrilla de resina y

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACION PÚBLICA NACIONAL	
No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL OOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	

Relación de claves de prótesis, órtesis o ayudas funcionales		
Clave: 2680-A03-002		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION DE LA CLAVE
		pie tipo Sach y bolsa de colocación. Prótesis para amputación arriba de la rodilla endoesquelética con socket anatómico de contención isquiática de bordes flexibles de contenedor rígido de polipropileno, válvula de succión rodilla modular cubierta cosmética y pie tipo Sach y bolsa de colocación. Prótesis para amputación arriba de la rodilla endoesquelética con socket anatómico de contención isquiática de bordes flexibles de contenedor rígido de fibra de carbono, rodilla de seguridad, pie dinámico, cubierta cosmética y bolsa de colocación Prótesis para amputación arriba de la rodilla con socket anatómico de contención isquiática, contenedor rígido de fibra de carbono, pistón hidráulico de velocidad variable y automática, tobillo pie dinámico y cubierta cosmética para personas con alta actividad y bolsa de colocación
9.46	Adaptación de prótesis para extremidad superior en amputación parcial y/o total de mano	Prótesis para desarticulado de muñeca con coople de fricción, sistema de cable de control. Dispositivo terminal gancho metálico, socket sólido, soporte para tríceps y arnés. Gancho metálico
9.47	Adaptación de prótesis para extremidad superior en amputación abajo del codo	Prótesis para amputación debajo de codo con coople de fricción, sistema de cable de control dispositivo terminal, gancho metálico. Socket sólido, soporte para tríceps y arnés. Gancho metálico Mano mecánica con guante cosmético(colocación a cualquier prótesis de miembro superior) Mano pasiva con guante cosmético(colocación a cualquier prótesis de miembro superior)
9.48	Adaptación de prótesis para extremidad superior en amputación arriba del codo	Prótesis para desarticulado de codo con articulación de codo, coople de fricción, dispositivo terminal gancho metálico, sistema de cable de control, socket sólido, unidad de antebrazo y arnés gancho metálico Prótesis para amputación arriba de codo con coople de fricción, sistema de cable de control, codo mecánico, dispositivo terminal, gancho metálico, socket sólido, unidad de antebrazo y arnés. Mano pasiva con guante cosmético (colocación a cualquier prótesis de miembro superior). Mano mecánica con guante cosmético (colocación a cualquier prótesis de miembro superior).
9.49	Adaptación de prótesis para extremidad superior en amputación en desarticulado del hombro	Prótesis para desarticulado de hombro, con articulación de hombro codo mecánico, coople de fricción, sistema de cable de control, dispositivo terminal, gancho metálico, gancho de plástico para hombro, unidad de brazo y antebrazo y arnés. Gancho metálico.
9.70	Adaptación de prótesis para extremidad inferior en amputación parcial y/o total de pie	Prótesis para amputación parcial de pie con articulación en tobillo, fabricado en polipropileno, relleno acojinado. Prótesis para amputación tipo SYME (pie) con socket sólido, fibra de vidrio, pie SYME y apertura lateral para introducir el muñón.
9.71	Adaptación de prótesis para extremidad inferior en desarticulado de cadera	Prótesis para desarticulado de cadera con canastilla pévica tipo ucla rígida y flexible, sistema modular completo de acero, cubierta cosmética, pié dinámico.
9.82	Adaptación de ayudas funcionales aditamento de mano	Muñequera de lona con barra de aluminio Muñequera elástica con barra de aluminio Férula de polipropileno dedo pulgar muñeca
9.83	Adaptación de ayudas funcionales guante cosmético	Mano pasiva con guante cosmético (colocación a cualquier prótesis de miembro superior).
9.84	Adaptación de ayudas funcionales andadera	Andadera de aluminio plegable Andadera de fierro fija
9.88	Adaptación de ayudas funcionales bastón	Bastón de cuatro apoyos Bastón de un apoyo Bastón de un apoyo puño curvo u focet.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACION PÚBLICA NACIONAL	
No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL OOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	

Relación de claves de prótesis, órtesis o ayudas funcionales		
Clave: 2680-A03-002		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION DE LA CLAVE
9.86	Adaptación de ayudas funcionales silla de ruedas	Silla de ruedas estándar
		Silla de ruedas con soporte alto

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas para remitir por Compras MX, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mediante en Compras MX.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación Pública. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 08:15 horas, del día, mes y año en que se actúa

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Maria Jose Carrillo Capacete	Jefa del Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Jefa del Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dr. Luis Arody Pulido	Coordinación Auxiliar de Atención Medica en Unidades de Segundo Nivel	
Ing. Jorge Alberto Bañuelos Castañeda	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	

Por el órgano Interno de Control Especifico en el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Mtro. Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor en el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Oficina Regional no. 05, mediante oficio no. SABG/OICGYR/AID105/1395/2026	



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES	
LICITACION PÚBLICA NACIONAL	
No. LA-50- GYR-050GYR002-N-83-2026	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DOTACIÓN O REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, PARA EL OOAD ESTATAL JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 15:06 horas, del 22 de abril del 2026, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el cierre de la junta de aclaraciones a la convocatoria de licitación Publica indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria de Licitación.

El acto fue presidido por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública).




El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que no se recibieron preguntas a las aclaraciones realizadas, de conformidad al artículo 44 de la Ley, a través del portal de Compras MX.

Se informa a los licitantes que el Evento de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el **29 de abril del 2026 a las 11:00 horas**, vía medios electrónicos.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación Pública. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 15:15 horas, del día, mes y año en que se actúa.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Maria Jose Carrillo Capacete	Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Jorge Alberto Bañuelos Castañeda	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	

Por el órgano Interno de Control Especifico en el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Mtro. Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor en el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Oficina Regional no. 05, mediante oficio no. SABG/OICGYR/AID105/0172/2026	Firma de manera electrónica de conformidad con el artículo 50 de la ley de Adquisición Arrendamientos y Servicios del Sector Publico