



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 08:00 horas, del 24 de Julio del 2026, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Publica indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción II, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 90 y 91 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria.

El acto fue presidido por la Lic. María José Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública).

El funcionario público que preside el presente acto, fue asistido por el Dr. Hiram Jacobo Jimenez Garcia, Medico Supervisor de Hospitales de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas quien solventa las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de Compras MX, del siguiente licitante:

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
1	ARTIMEDICA SA DE CV	3

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ÁCIDO POLIGLICOLICO O CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCIDORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7FR. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO HEMOSTATICO PARA CIERRE VASCULAR FEMORAL A BASE DE POLIETILENGLICOL (PEG), TOTALMENTE EXTRAVASCULAR Y ABSORBIBLE 5 Y 6/7 FR	SE ACEPTA
2	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS.	SE ACEPTA
3	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS	

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
2	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	70

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA. 1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA	AL NO CONSTITUIR UNA ADQUISICIÓN DE BIENES SINO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, CONFORMADO POR EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y BIENES DE CONSUMO COMPATIBLES CON EL EQUIPO MÉDICO Y ENTRE SI, LOS CUALES NO PASAN A SER PROPIEDAD DEL IMSS, LOS BIENES NO ESTÁN SUJETOS A LOS TRATADOS, POR LO QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS PODRÁN PROVENIR DE PAÍSES NO SOCIOS Y ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES ACREDITEN SU NACIONALIDAD, YA SEA MEXICANA O DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO DEBERA PRESENTAR BIENES QUE SU ORIGEN SEA DE PAISES QUE CUENTEN CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
2	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 1.1 IDIOMA EN QUE PODRÁN ENVIARSE LAS PROPOSICIONES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS PARAMETROS PARA REFERENCIAR DEBIDAMENTE LA DOCUMENTACIÓN REGULATORIA COMO LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y REGISTROS SANITARIOS.	LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y REGISTROS SANITARIOS, SE PRESENTARAN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS DE ACUERDO A LA CLAVE DE CONSUMO BASICO O CONSUMO COMPLEMENTARIO
3	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA. 4. JUNTA DE ACLARACIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ¿SI ALGÚN LICITANTE NO PRESENTA MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL COMPRAS MX, SERA DESECHADA SU PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR.	EL MANIFIESTO DE INTERES ES PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA LAASSP
4	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6 DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGÚN DOCUMENTO POR SU NATURALEZA NO SEA APLICABLE A MI REPRESENTADA NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE QUE MANIFESTEMOS QUE NO ES APLICABLE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
5	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 5 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA EN EL NUMERAL 5 DE LAS BASES CORRESPONDE A DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, APEGARSE AL CITADO EN EL NUMERAL 5 El Participante deberá acompañar a su propuesta técnica, la documentación solicitada en el anexo número 01 Anexo Técnico y anexo numero 02 términos y condiciones
6	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA EN EL NUMERAL 6.1 DE LAS BASES CORRESPONDE A DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LO LEGAL-ADMINISTRATIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES DOCUMENTACION LEGAL - ADMINISTRATIVA.
7	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA INCISO K	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHA CARTA FIRMADA POR EL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, FABRICANTE LEGAL O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ESPECIFICA QUE PARA EL INCISO K BASTA CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTICIPANTE PLASMADA EN EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
8	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA INCISO K	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO 8 A FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE PARTICIPANTE Y PRESENTAR ADEMÁS EL FORMATO DEL ANEXO 8 A ADECUADO, A FIN DE QUE EL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, FABRICANTE LEGAL O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO MANIFIESTE QUE LOS PRODUCTOS CON LOS QUE NOS APOYAN SON IMPORTADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ESPECIFICA QUE PARA EL INCISO K BASTA CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTICIPANTE PLASMADA EN EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
9	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.3 PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SE DEBERÁ CARGAR EN EL APARTADO TÉCNICO DE COMPRAS MX, SIN CONTEMPLAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS NÚMERALS 6.1 Y 6.2, YA QUE ESTOS SE CARGARÁN EN LOS APARTADOS "LEGAL-	ES CORRECTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ADMINISTRATIVO" Y "ECONÓMICA" RESPECTIVAMENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
10	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 8.2 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON UNA FECHA DE EMISIÓN DE HASTA 3 DÍAS HÁBILES ANTERIORES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE LAS PROPUESTAS
11	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 8.2 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES...	EN EL NUMERAL 8.2 DE LA CONVOCATORIA HOJA 12, TERCER PARRAFO, TERCER RENGLO, SEÑALA UN DOMICILIO PARA ENVIAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿ACEPTARIA QUE SE ENVIE POR EMAIL?, Y EN SU CASO SEÑALE DATOS DE CONTACTO PARA HACERLO (TEL, EMAIL, NOMBRE DE LA PERSONA O AREA A QUE SE DIRIGE)	LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEBERA ENTREGARSE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX, JUNTO CON EL RESTO DE SU PROPUESTA, COMO ASI TAMBIEN EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA ENVIARLA JUNTO CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA LA FIRMA DE CONTRATO QUE EN SU CASO SE FORMALICE
12	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 8.2 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS DEMÁS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO (SAT E INFONAVIT) DEBERÁN PRESENTARSE EN EL MISMO DOMICILIO AL QUE HACE REFERENCIA LA PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR, O EN SU CASO, POR CORREO ELECTRÓNICO. FAVOR DE ACLARAR.	LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEBERA ENTREGARSE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX, JUNTO CON EL RESTO DE SU PROPUESTA, COMO ASI TAMBIEN EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA ENVIARLA JUNTO CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA LA FIRMA DE CONTRATO QUE EN SU CASO SE FORMALICE
13	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 8.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CON UNA FECHA DE EMISIÓN DE HASTA 15 DÍAS ANTERIORES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE LAS PROPUESTAS
14	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TODOS LOS ESCRITOS, FORMATOS Y ANEXOS	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, AUTORICE QUE LOS ESCRITOS, FORMATOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN NUESTRA PROPUESTA SEAN FECHADOS EL DÍA 30 DE JULIO DE 2026. ASIMISMO, EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE O DIFIERA LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL HECHO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS CONSERVEN ESA FECHA NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE AL PUNTO 3.2 FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION III ARTICULO 40 DE LA LAASSP
15	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 1 CAPACIDAD DEL LICITANTE INCISO A)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE AMPLIAR LA ESPECIALIDAD ACADÉMICA DEL PERFIL DEL TÉCNICO INCLUYENDO LAS SIGUIENTES CARRERAS ENFERMERÍA, MEDICINA, INGENIERÍA BIOMÉDICA, INGENIERÍA BIÓNICA, QUÍMICA FÁRMACO BIÓLOGA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA ÚNICAMENTE ENFERMERIA, MEDICINA E INGENIERIA BIOMEDICA CON LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN HEMODINAMIA, CONOCER Y SABER EL MANEJO DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A ESTE SERVICIO
16	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 1 CAPACIDAD DEL LICITANTE INCISO A)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE SERVICIO SE DEBERÁN OFERTAR 2 TÉCNICOS Y 1 SUPERVISOR. FAVOR DE ACLARAR.	1 TECNICO PARA TURNO MATUTINO 1 TECNICO PARA TURNO VESPERTINO Y 1 SUPERVISOR
17	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 1 CAPACIDAD DEL LICITANTE INCISO A.2)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO Y PODER ALCANZAR EL MÁXIMO DE PUNTOS ATRIBUIBLES A ESTE REQUISITO, BASTARÁ CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CARTA DE PASANTE, CÉDULA PROFESIONAL Y/O TÍTULO PROFESIONAL, ETC.) POR EL NÚMERO DE TÉCNICOS Y SUPERVISORES INDICADOS POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA, Y EL PRESENTAR UNA MAYOR NÚMERO DE PERSONAL NO OTORGARÁ PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
18	DISEÑO Y	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	ES CORRECTA SU APRECIACION.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DESARROLLO MEDICO SA DE CV		CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 1 CAPACIDAD DEL LICITANTE INCISO A.3)	NOS CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO "DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO", DEBEREMOS PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO, CONSTANCIA O DIPLOMA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR, ÚNICAMENTE DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL ANEXO NÚMERO T11 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA SMI PARA HERI", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
19	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD INCISO A	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES POSIBLE QUE LOS CONTRATOS PRESENTADOS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PUEDAN SER ACUMULABLES, YA QUE EN UN AÑO PUEDE CELEBRARSE MÁS DE UN CONTRATO CON DIVERSAS INSTITUCIONES Y ESO SUMA A LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL CRITERIO ES MEDIDO POR AÑOS Y NO POR CONTRATOS.
20	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD INCISO A	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, LA CANTIDAD DE AÑOS MÁXIMOS A COMPROBAR DEBERÁ SER DE 5 AÑOS Y EL PRESENTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE AÑOS DE EXPERIENCIA NO OTORGARÁ MAYOR PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA
21	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD INCISO A	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES CUMPLAN CON EL MÁXIMO NÚMERO DE AÑOS CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN. FAVOR CONFIRMAR	ES CORRECTO
22	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD A ACREDITAR DEBERÁ SER DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, ES DECIR, DE 2016 A 2025. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, NO EXISTE LIMITANTE DE LA ANTIGÜEDAD QUE TENGAN LOS AÑOS DE EXPERIENCIA.
23	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD INCISO B	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD MÁXIMA DE CONTRATOS A PRESENTAR PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD, DEBIDO A QUE EN LA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, INCISO B INDICA QUE DEBERÁN SER 5 Y EN EL ANEXO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4.2.18. INDICA QUE DEBERÁN SER 3 CONTRATOS. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA SERÁN 5 AÑOS, SIN LIMITE EN LA ANTIGÜEDAD QUE TENGAN LOS AÑOS DE EXPERIENCIA.
24	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD INCISO B	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, LA CANTIDAD DE CONTRATOS MÁXIMOS A COMPROBAR DEBERÁ SER DE LOS CONTRATOS INDICADOS EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES Y EL PRESENTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE ESTOS, NO OTORGARÁ MAYOR PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA.
25	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD INCISO B	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES CUMPLAN CON EL MÁXIMO NÚMERO DE CONTRATOS CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA.
26	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 3 PROPUESTA DE TRABAJO INCISO B)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA MEJORA QUE SE DEBE CONSIDERAR RESPECTO DEL TIEMPO PARA LA PUESTA EN PUNTO SERÁ DE AL MENOS 30%, ES DECIR, 3 DÍAS, Y NO 18 DÍAS COMO SE MENCIONA EN LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA.
27	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR HABER PRESENTADO LOS SERVICIOS DE MANERA SATISFACTORIA Y QUE ESTOS ESTEN RELACIONADOS A LOS SOLICITADOS EN LOS RUBROS NUMERAL 2, INCISOS: A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE Y B) ESPECIALIDAD DE LICITANTE, LA CANTIDAD MÁXIMA DE NÚMERO DE CARTAS SATISFACCIÓN Y/O CANCELACIONES DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y/O ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O FACTURAS Y REMISIONES DE LOS CONTRATOS, SERÁ DE CINCO Y EL PRESENTAR UNA	ES CORRECTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				MAYOR CANTIDAD DE DOCUMENTOS NO OTORGARÁ MAYOR PUNTAJE ADICIONAL AL MÁXIMO ESTABLECIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
28	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES CUMPLAN CON EL MAXIMO NÚMERO DE CARTAS DE CUMPLIMIENTO, SATISFACCION, Y/O LIBERACIONES DE FIANZAS CONFORME A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTOS OBTENDRAN LA MISMA PUNTUACIÓN. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA.
29	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 12.5 FORMA DE PAGO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, EN CASO DE SER ADJUDICADOS ¿A CUÁNTOS DÍAS DEL MES VENCIDO DEBERÁ PRESENTARSE LA FACTURACIÓN EN EL INSTITUTO?	POSTERIOR A LA FECHA DE CORTE.
30	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 13 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA LOS DATOS DE CONTACTO DEL ÁREA O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEBEREMOS HACER LLEGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. (EMAIL, TELEFONO, PERSONA A CARGO)	EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SERA CONTACTADO PARA LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES
31	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 13 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISE EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FAVOR DE INDICAR.	DR. JULIO AGUSTIN BUENO LEDESMA
32	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL NUMERAL "4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA" SE REFIERE A LO SOLICITADO EN LAS BASES NUMERAL 6.1., YA QUE LOS NUMERALES 4.1.1 AL 4.1.18 NO EXISTEN EN LAS BASES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA
33	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA PRESENTAR AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DEL EQUIPO, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POR PARTIDA, ASÍ COMO UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE UNA VEZ ADJUDICADOS HAREMOS ENTREGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTES AL 20% FALTANTE 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
34	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES ÚNICAMENTE POR EL ANVERSO, YA EL REVERSO CONTIENEN LA LEYENDA "SIN TEXTO" Y AUMENTA DE FORMA INNECESARIA EL PESO DE LOS ARCHIVOS, POR LO QUE SU OMISIÓN NO AFECTA A LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LO ANTERIOR PARA FACILITAR LA CARGA DE LA INFORMACION COMO SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 47, EL CUAL MENCIONA: "LAS CONDICIONES QUE TENGAN COMO PROPÓSITO FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO CUYO INCUMPLIMIENTO, POR SÍ MISMO, O DEFICIENCIA EN SU CONTENIDO NO AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN, Y SE TENDRÁN POR NO ESTABLECIDAS. LA INOBSERVANCIA POR PARTE DE LOS LICITANTES RESPECTO A DICHAS CONDICIONES O REQUISITOS NO SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR SUS PROPOSICIONES". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
35	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, ES DECIR, REFERENCIANDO TODOS LOS INSUMOS QUE SEAN CONTENIDOS SOBRE EL MISMO, A FIN DE AMINORAR LA CARGA DOCUMENTAL, EVITANDO LA DUPLICIDAD DE LOS MISMOS Y FACILITANDO A LA CONVOCANTE LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
36	DISEÑO Y	TÉCNICO	TÉRMINOS Y	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DESARROLLO MEDICO SA DE CV		CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	NOS PERMITA PRESENTAR UN ARCHIVO ÚNICO DE REGISTROS SANITARIOS (ACUMULADO), DONDE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REFERENCIADO, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA CARGA DE ARCHIVOS DENTRO DEL PORTAL COMPRANET. ¿SE ACEPTA?	
37	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL FABRICANTE LEGAL QUE APARECE EN LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS E INSUMOS OFERTADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. DEBERA APEGARSE AL NUMERAL 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPO, Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POR PARTIDA
38	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO) QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO NOS PERMITA PRESENTAR EL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, BASTANDO CON PRESENTAR CARÁTULA Y LAS PÁGINAS EN DONDE SE MENCIONA LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
39	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ESCRITO DE COMPROMISO REQUERIDO EN ESTE NUMERAL HACE REFERENCIA A LA COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS, DEBIDO A QUE NO SE INDICA CLARAMENTE. FAVOR DE ACLARAR	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A NUMERAL 4.2.2 El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios de la totalidad del equipo, y bienes de consumo básicos y complementarios ofertados por partida, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud. Asimismo, el licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al titular correspondiente al 100% del equipo médico, bienes de consumo básicos y complementarios Para su aceptación, los Registros Sanitarios deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos para los mismos en la presente convocatoria.
40	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUIÉN Y EN QUE PLAZO SE DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL ESCRITO DE COMPROMISO DE ESTE NUMERAL DEBIDO A QUE NO SE INDICA CLARAMENTE. FAVOR DE ACLARAR	EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA
41	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.4.2. CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA PRESENTAR AL MENOS EL 80% DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL EQUIPO, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POR PARTIDA, ASÍ COMO UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE UNA VEZ ADJUDICADOS HAREMOS	NO SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL 20% FALTANTE 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO. ¿SE ACEPTA?	
42	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.4.2. CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, ES DECIR, REFERENCIANDO TODOS LOS INSUMOS QUE SEAN CONTENIDOS SOBRE EL MISMO, A FIN DE AMINORAR LA CARGA DOCUMENTAL, EVITANDO LA DUPLICIDAD DE LOS MISMOS Y FACILITANDO A LA CONVOCANTE LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
43	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.4.2. CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ARCHIVO ÚNICO DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD (ACUMULADO), DONDE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REFERENCIADO, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA CARGA DE ARCHIVOS DENTRO DEL PORTAL COMPRANET. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
44	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.4.2. CERTIFICADOS DE CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUIÉN Y EN QUE PLAZO SE DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL ESCRITO DE COMPROMISO DE ESTE NUMERAL DEBIDO A QUE NO SE INDICA CLARAMENTE. FAVOR DE ACLARAR	EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA
45	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS POR FAMILIA, ES DECIR, REFERENCIANDO TODOS LOS INSUMOS QUE SEAN CONTENIDOS SOBRE EL MISMO, A FIN DE AMINORAR LA CARGA DOCUMENTAL, EVITANDO LA DUPLICIDAD DE LOS MISMOS Y FACILITANDO A LA CONVOCANTE LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
46	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ARCHIVO ÚNICO DE LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS (ACUMULADO), DONDE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REFERENCIADO, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA CARGA DE ARCHIVOS DENTRO DEL PORTAL COMPRANET. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
47	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.8 CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE REQUISITO SOLAMENTE ES APLICABLE SI SE OFERTAN EQUIPOS USADOS, Y EN CASO CONTRARIO, SE PODRÁ PRESENTAR UN ESCRITO MANIFESTANDO QUE NO ES APLICABLE, SIN QUE ESTO SEA UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
48	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.9 NORMAS OFICIALES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE ADJUDICACIÓN DAREMOS Estricto CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DESCRITAS EN EL PUNTO 4.2.9. DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, QUE SEAN APLICABLES A NUESTRA ACTIVIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
49	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS	ENTENDEMOS QUE LOS ANEXOS T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T12, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T17, T18, T20, T23, T25, T26, T32, ANEXO NÚMERO 9, ANEXO NÚMERO 11, SON DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE NO PRESENTAR DICHS ANEXOS DENTRO DE LA PROPUESTA, NO AFECTA LA SOLVENCIA Y POR LO TANTO NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
50	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCB 109	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10, 11, 16 O 25 CM, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
51	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCB 115	CLAVE 60.01.003 BCB 115 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				OPCIONAL DE 10 O 16CM, CALIBRE 4, 5 6 Y 7FR, CON GUÍA VASCULAR DE 0.021" A 0.025", CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. ¿SE ACEPTA?	
52	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCB 47	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, CON DIAMETRO MINIMO 1.00-.120 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO MÁXIMO Y LONGITUD MINIMA DE 5-10 MM 5 Y LONGITUD MAXIMA 30 MM, Y DE 138 A 150 CM DE LARGO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
53	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1 BCB84	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014 A 0.018" DE DIÁMETRO Y OPCIONALMENTE DE 175CM Ó 180 Ó 182 Ó 190 A 300 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
54	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCB 122	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD DE 7 A 11 CM, CALIBRE 4, 5 Y 6. CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.021" A 0.025". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
55	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCB 86	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014 A 0.018" DE DIÁMETRO Y OPCIONALMENTE DE 175CM Ó 180 Ó 182 Ó 190 A 300 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
56	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCB 121	CLAVE 60.01.008 BCB 121 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, CON LONGITUD OPCIONAL DE 10, 16 O 25 CM, CALIBRE DE 5 A 8 FR, CON GUÍA VASCULAR DE 0.035" A 0.038". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
57	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCB108	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 10 CM, CALIBRE 4,5,6,7 U 8 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
58	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCB 113	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUCOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CON LONGITUD OPCIONAL DE 10, 11, 16 O 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
59	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.848	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN CATETER DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DE DISTINTAS CURVAS DE 4 A 6 FR Y LONGITUD DE 100 CM, YA QUE ESTOS SON LOS DIAMETROS COMERCALES Y NO EXISTEN EN 8 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
60	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.898	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD DE 24 A 45CM CALIBRE. 5,6, 7 Y 8 FR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
61	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.900	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCOR ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA DEL RANGO 4 A 11 FR, LONGITUD 5 Ó 7 Ó 10 Ó 25 CM, COMPATIBLE CON GUJA 0.035" A 0.038". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
62	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.901	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCOR RADIAL DEL RANGO 4 A 7 FR, LONGITUD 10, 16 Y 25 CM,	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				COMPATIBLE CON GUJA 0.021" Y 0.025", OFERTANDO LA MATRIZ COMPLETA DE MEDIDAS CUBRIENDO TODOS LOS ESCENARIOS CLINICOS ¿SE ACEPTA?	
63	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.920	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MANTAS PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIO DE LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO Y MANTAS PARA POSTOPERATORIO DE ACCESO MÚLTIPLE, CON CALENTAMIENTO AUTÓNOMO Y SIN NECESIDAD DE EQUIPO EXTERNO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
64	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.944	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO, CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO O SIROLIMUS EN CROMO COBALTO. Y EN CASO DE ACEPTAR, OFERTAREMOS AL MENOS TRES PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
65	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.961	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
66	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.978	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, CON DIÁMETRO MÍNIMO DE 1.0 A 1.2 MM Y HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO MÁXIMO, LONGITUDES DE 5 A 10 MM Y HASTA 30 MM, Y LONGITUD TOTAL DE 130 A 155 CM, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
67	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.983	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON PUNTA RECTA, FLOPPY O ESTÁNDAR, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO, CON LONGITUDES OPCIONALES DE 180, 182 O 190 CM HASTA 300 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
68	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1, BCC 60.01.1053	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER DE ATRECTOROMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA, DE OCLUSIONES AGUDAS O CRÓNICAS, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON GUÍA INCLUIDA DE ROTO ABLACIÓN DE 0.009" Y AVANZADOR CON OLIVA GIRATORIA DE DIFERENTES DIÁMETROS. O CATÉTER BALÓN PARA LITOTRIPSIA CORONARIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
69	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2, EQUIPO 15	EQUIPO 15 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE GUÍA O MICROCATÉTER DE MEDICIÓN DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL, COMPATIBLE CON EL INSUMO 60.01.894. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
70	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2, EQUIPO 18	EQUIPO 18 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONSOLA DE ROTOABLACIÓN O CONSOLA PARA LITOTRIPSIA COMPATIBLE CON EL BCC 60.01.1053. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES	NUMERO DE PREGUNTAS
3	JOSE LUIS SANTANDER CONTRERAS	4

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	JOSE LUIS SANTANDER	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO	CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE	EL PARTICIPANTE DEBERÁ DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	CONTRERAS			SOLUCIONES TECNOLÓGICAMENTE EQUIVALENTES, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE SERÁN ACEPTADOS STENTS MEDICADOS QUE, AUN CUANDO INCORPOREN PLATAFORMAS O MATERIALES DISTINTOS A LOS DESCRITOS EN EL ANEXO T4, ACREDITEN LA MISMA INDICACIÓN CLÍNICA, SEGURIDAD, EFICACIA Y DESEMPEÑO TERAPÉUTICO MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.	OFERTADO
2	JOSE LUIS SANTANDER CONTRERAS	TÉCNICO	ANEXO T20 EQUIPOS EN PROPIEDAD IMSS	A EFECTO DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEROPERABILIDAD DE LOS EQUIPOS OFERTADOS CON LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL INSTITUTO, SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL ANGIÓGRAFO PHILIPS ALLURA XPER FD10 MODELO 2009 CUENTA CON LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, LICENCIAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS.	ES CORRECTA SU APRECIACION
3	JOSE LUIS SANTANDER CONTRERAS	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 8.1 Y 8.2 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CASO DE PRESENTARSE INDISPONIBILIDAD O INTERMITENCIA EN EL SISTEMA VERIFICA IMSS AJENA AL LICITANTE, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE PODRÁ PRESENTARSE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO VIGENTE EMITIDA POR EL IMSS CON CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE PUEDA COMPROBARSE SU AUTENTICIDAD AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN.	NO SE ACEPTA, DEBERA PRESENTAR OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA Y VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
4	JOSE LUIS SANTANDER CONTRERAS	TÉCNICO	NUMERAL 4.2.14 Y ANEXO T22	SE SOLICITA CONFIRMAR QUE SERÁN VÁLIDAS LAS CONSTANCIAS DE DISCAPACIDAD EMITIDAS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ASIMISMO, CONFIRMAR QUE EL REQUISITO RELATIVO AL CINCO POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD SERÁ EVALUADO CONSIDERANDO LA PLANTILLA LABORAL TOTAL DEL LICITANTE A NIVEL NACIONAL.	ES CORRECTA SU APRECIACION

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
4	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	21

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TABLA 8.1(TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: UNO POR CADA SALA Y TURNO DE LA UNIDAD)	TOMANDO EN CUENTA EL NÚMERO DE SALAS Y LOS DOS TURNOS (MATUTINO Y VESPERTINO), PROYECTAMOS UN TOTAL DE 2 TÉCNICOS Y UN SUPERVISOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	OTROS	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, SE PREVÉ LA DISMINUCIÓN EN LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LICITACIONES PÚBLICAS PREVISTA PARA LOS CONTRATISTAS QUE DEMUESTRAN UN ALTO GRADO DE CUMPLIMIENTO FAVORABLES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 131 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PREVISTOS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY Y EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA CON BASE EN LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA QUE SE ENCUENTRE EN EL REGISTRO ÚNICO DE PARTICIPANTES, TALES COMO NO ESTAR SANCIONADO POR LA SECRETARÍA, EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y QUE NO SE LE HAYA RESCINDIDO CONTRATO ALGUNO EN EL MISMO PERÍODO.	LAS CONDICIONES DE LAS PRESENTES BASES NO SERÁN NEGOCIADAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 SEPTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
3	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	OTROS	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SE AFIRMATIVA, FAVOR DE INFORMARNOS CUAL ES LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACREDITAR LA EVIDENCIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE MI REPRESENTADA ANTE LA ENTIDAD CONVOCANTE, Y, SI ESTA DEBE DE SER PRESENTADA COMO PARTE DE LA PROPUESTA O DEBERÁ DE SER PRESENTADA ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PARA QUE SEA EVALUADA Y, EN SU CASO, AUTORIZADA LA DISMINUCIÓN.	LAS CONDICIONES DE LAS PRESENTES BASES NO SERÁN NEGOCIADAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 SEPTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
4	SINCRONIA MEDICA APLICADA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE.	EN RELACIÓN CON EL APARTADO 'EXPERIENCIA DEL LICITANTE', EN EL QUE SE SOLICITA ACREDITAR	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SA DE CV			EXPERIENCIA MEDIANTE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2013 Y 2022, RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁN ACEPTADOS CONTRATOS PLURIANUALES CUYA VIGENCIA HAYA INICIADO DENTRO DEL PERIODO SOLICITADO, AUN CUANDO SU FECHA DE TERMINACIÓN SEA POSTERIOR AL AÑO 2022. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE DICHS INSTRUMENTOS CONTRACTUALES ACREDITAN LA PRESTACIÓN CONTINUA DE SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y PERMITEN COMPUTAR MESES, AÑOS O FRACCIONES DE AÑO EFECTIVAMENTE EJECUTADOS. ¿SE ACEPTA?	
5	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.	CON RELACIÓN AL APARTADO 'ESPECIALIDAD DEL LICITANTE', EN EL QUE SE SOLICITA ACREDITAR CONTRATOS DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE LA ESPECIALIDAD, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SERÁN ACEPTADOS CONTRATOS CUYO OBJETO CONTEMPLE EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL E INSUMOS DE HEMODINAMIA, SIEMPRE QUE DICHS INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y SUS ANEXOS ACREDITEN ADICIONALMENTE LA PROVISIÓN DE EQUIPO MÉDICO, PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO REQUERIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA
6	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PLATAFORMA	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS PARÁMETROS DE CARGA EN LA SECCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS. ESTA PETICIÓN SE REALIZA EN VIRTUD DE QUE EL VOLUMEN DE LOS ARCHIVOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS BASES PUEDE SATURAR LOS CAMPOS ACTUALES, POR LO QUE UNA MAYOR APERTURA GARANTIZARÁ LA CORRECTA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
7	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	6.3 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR EN NUESTRA PROPUESTA ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DE CATÁLOGOS O FOLLETOS QUE CONTIENEN LA REFERENCIA QUE MUESTRA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
8	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	6.3 PROPUESTA TÉCNICA	PARA EL CASO DE PRESENTAR TRADUCCIONES SIMPLES DE FOLLETOS O CATÁLOGOS QUE MUESTREN LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA INTEGRAR LA TRADUCCIÓN ÚNICAMENTE DE ESTAS CARACTERÍSTICAS Y NO ASÍ DE TODO EL FOLLETO O CATÁLOGO. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁN APEGARSE A LO PLASMADOS EN EL PUNTO 1.1 DE LAS BASES
9	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T21	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUMPLIR CON EL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO ÚNICAMENTE SE DEBERÁN OFERTAR AQUELLOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL ANEXO T11 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE SMI PARA HE, ES DECIR, SÓLO SE DEBERÁ OFERTAR: ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR, EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO, EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA TERMOFUSIÓN DE VASOS Y CONSOLA DE ROTOABLACIÓN, CUMPLIENDO ASÍ CON LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
10	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO SMI HE 16.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE 10.1 KG, EL CUAL NO DEMERITA LA FUNCIÓN POR EL CUAL SERÁ UTILIZADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
11	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO SMI HE 16.1	DICE: RECONOCIMIENTO RFID SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE COMO ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA, EL CUAL REALIZA LA FUNCIÓN SOLICITADA Y ÚNICAMENTE SE TRATA DE NOMENCLATURA, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
12	SINCRONIA	TÉCNICO	BASES, 6.1.1. PAGINA 39	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	NO SE ACEPTA, SE DEBE PRESNETAR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEDICA APLICADA SA DE CV			NOS PERMITA PRESENTAR LE 80 PORCIENTO DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPO, BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, ¿SE ACEPTA?	EL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS
13	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	BASES, 6.1.1. PAGINA 39	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO EL ANVERSO DE LOS REGISTROS SANITARIOS YA QUE EN EL REVERSO SOLO VIENE LA LEYENDA SIN TEXTO LO CUAL NO APORTA NINGUNA INFORMACION DE VALOR, LO QUE INCREMENTA INNECESARIAMENTE EL PESO DE LOS ARCHIVOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE PRESENTAR EL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN LA TOTALIDAD DEL DOCUMENTO
14	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	BASES, 6.1.1. PAGINA 39	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS, CATALOGOS Y CERTIFICADOS EN ARCHIVOS CONSOLIDADOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, CON EL FIN DE AGILIZAR SU REVISION, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
15	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	BASES, 6.1.1. PAGINA 39	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR SU REVISION, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
16	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	BASES, 6.1.1. PAGINA 39	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLAMENTE EN CASO DE QUE ALGUN REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA SEÑALADO EN EL MISMO SE DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL TRAMITE DE PRORROGA EMITIDO POR LA COFEPRIS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA, COPIA SIMPLE DEL "COMPROBANTE DE TRÁMITE DE PRÓRROGA" EMITIDO POR LA COFEPRIS, COPIA SIMPLE DE LA "CONSTANCIA DE PRÓRROGA" DONDE SE IDENTIFIQUE PLENAMENTE EL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDA POR LA COFEPRIS Y COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS
17	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	BASES, 6.1.2. PAGINA 39	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LE 80 PORCIENTO DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPO, BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE PRESENTAR EL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS
18	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PROCEDIMIENTO 60.01.011 INSUMO BCB148: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA/ASD, MÁS OCLUSOR CONFORMADO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL, CON DOS DISCOS DE RETENCIÓN UNIDOS POR UN TALLE FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMIA DEL PACIENTE, CON 2 PARCES DE PET. INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y SIN AFECTAR A LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
19	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PROCEDIMIENTO 60.01.011 INSUMO BCB148: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR, MÁS MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR (VSD), DE NITINOL COMPUESTO POR DOS DISCOS UNIDOS POR UN TABIQUE FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMIA DEL PACIENTE, FABRICADO DE MALLA TRENZADA DE ALAMBRES DE NITINOL, CON TRES PARCHES INTERNOS DE PET, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR COMPATIBLE A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y SIN AFECTAR A LOS DEMÁS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
20	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PROCEDIMIENTO 60.01.011 INSUMO BCB149: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA OCLUSOR PARA CIERRE DE FORAMEN OVAL PERMEABLE (PFO), COMPUESTO POR UNA MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL, CON DOS DISCOS DE RETENCIÓN UNIDOS POR UN TALLE FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMIA, CON 2 PARCHES DE PET. DIVERSAS MEDIDAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR	SE ACEPTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				TIPO DE LESIÓN. ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y SIN AFECTAR A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	
21	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	COMPLEMENTO: 60.01.1057 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUTOR POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CALIBRE 5 O 6 FR CON MEDIDAS DE 10, 16 O 25 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
5	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	23

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 INCISO I	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN EL CASO DE LA OPINION EN MATERIA DE SEGURIDAD, NOS PERMITA PRESENTARLA CON AL MENOS 3 DIAS PREVIOS A LA FECHA DE APERTURA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. DEBERA PRESENTAR OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA Y VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social se considerará válida durante los plazos de quince días hábiles
2	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 INCISO K ANEXO NO.8A	DICE: LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE IMPORTACIÓN, DEBERÁN ENVIAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE QUE LOS BIENES IMPORTADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL TRATADO QUE CORRESPONDA; DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 5.3 Y 6.3 PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 8A, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. SIN EMBARGO, EL ANEXO MENCIONADO HACE REFERENCIA A MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 5.3 Y 6.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010. FAVOR DE ACLARAR SI DEBE SER FIRMADO DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE. FAVOR DE ACLARAR.	SE ESPECIFICA QUE PARA EL INCISO K BASTA CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTICIPANTE PLASMADA EN EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
3	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 INCISO K ANEXO NO.8A	EN EL CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA CONTESTADA DE MANERA POSITIVA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR PRESENTAR EL ANEXO 8A FIRMADO DE MANERA CONJUNTA CON EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA. ¿SE ACEPTA?	SE ESPECIFICA QUE PARA EL INCISO K BASTA CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTICIPANTE PLASMADA EN EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
4	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA ANEXO T17	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL ANEXO T17 DEBERÁ INTEGRARSE EN LA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR	SI, SE DEBE DE INTEGRAR A LA PROPUESTA
5	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA ANEXO T18	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL ANEXO T18 DEBERÁ INTEGRARSE EN LA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR	SI, SE DEBE DE INTEGRAR A LA PROPUESTA
6	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	60.01.861	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.861 ES DESECHABLE O REUSABLE, EL TAMAÑO DE LAS PLACAS CON CABLE O SIN CABLE ? FAVOR DE ACLARAR.	APEGARSE A LA DESCRIPCION (DESECHABLE)
7	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.848 CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL. DISTINTOS DE 4 A 8 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				OFERTAR: CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 6 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	
8	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATÉTER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 145 A 150 CM. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
9	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8-FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 24-45 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
10	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.900 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038". SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
11	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.901 INTRODUTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25CM CALIBRE.4 A 7 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 16 CM CALIBRE.4 A 6 FR. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
12	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, SIROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
13	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.981 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO:JUDKINS, AMOLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO:JUDKINS, AMOLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
14	TECNOLOGIA	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.982 CATÉTERES	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEDICA DIART SA DE CV			PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: JUDKINS, AMOLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	
15	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.1057 KIT DE INTRODUCTOR RADIAL CON PARED ULTRA DELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: KIT DE INTRODUCTOR RADIAL CON PARED ULTRA DELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 6FR. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
16	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DICE BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SE ACEPTA?	SE ACEPTA
17	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DICE BCB62 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 .TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SE ACEPTA?	SE ACEPTA
18	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DICE BCB115 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032"CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO,TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONCOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 Y 6 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.025"CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO,TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. SE ACEPTA?	SE ACEPTA
19	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DICE BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO. SOLICITAMOS AMABLEMNTTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM.	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MÉDICO. SE ACEPTA?	
20	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DICE BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.20 HASTA 4.00 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). SE ACEPTA?	SE ACEPTA
21	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DICE BCB121 INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.038" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.025 A 0.035". SE ACEPTA?	SE ACEPTA
22	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO T4. CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DICE BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021" A 0.038". SE ACEPTA?	SE ACEPTA
23	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	ANEXO TECNICO T4. DICE: 60.01.837 CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO 5, 6, 7 Y 8 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO 6, 7 Y 8 FR. SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES:	NUMERO DE PREGUNTAS
6	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	79

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021" A 0.038". CON EL FIN DE OFERTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE MEDIDAS A ELECCIÓN DEL INTERVENIONISTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA BCB109: INTRODUCCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR.	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB109 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 23 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. YA QUE SON LAS MEDIDAS COMERCIALIZADAS EN MÉXICO ACTUALMENTE. ¿SE ACEPTA?	
3	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLYTETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLYTETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE YA QUE NO SE FABRICAN CUERDAS DE POLYTETRAFLUORETILENO EN MEDIDAS MAYORES A 260 CM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
4	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EN MÉXICO SOLO SE MANEJA LA LONGITUD DE 100CM PARA ESTAS CURVAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
5	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB62 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB62 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. YA QUE EN MÉXICO ACTUALMENTE SOLO SE COMERCIALIZA LA MEDIDA DE 100 CM PARA ESTAS CURVAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
6	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA BCB115: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032" CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS OFERTAR UN INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032", EN DONDE EL RECUBRIMIENTO DE LA GUÍA PODRÁ SER OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA
7	VITALMEX	TÉCNICO	BASES T147	SE MENCIONA: BCB73 CUERDA GUÍA CON	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	INTERNACIONAL SA DE CV		ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERÁ OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM ESTÉRIL Y DESECHABLE Y GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO. YA QUE NO SE FABRICAN CUERDAS DE POLITETRAFLUORETILENO EN MEDIDAS MAYORES A 260 CM ¿SE ACEPTA?	
8	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB63 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL ASA DE 3, 3.5, 4 Y 5, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD. 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS Y CURVAS PREFORMADAS ESPECIALES PARA RADIAL CATÉTER BILATERAL TIPO TIG Ó ULTIMATE Ó TRAPEASE. PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB63 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL ASA DE 3, 3.5, 4 Y 5, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD. 100 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS Y CURVAS PREFORMADAS ESPECIALES PARA RADIAL CATÉTER BILATERAL TIPO TIG Ó ULTIMATE. YA QUE LA CURVA TRAPEASE ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
9	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 140 CM A 146 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
10	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB84 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB84 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 182 Ó 190 Ó 300 CM. YA QUE SON LAS MEDIDAS ACTUALMENTE COMERCIALIZADAS EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
11	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB82 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA.	NO SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB82 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" LONGITUD DE 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O ANGULADA. ¿SE ACEPTA?	
12	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB143 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" A 0.038" DE DIÁMETRO. DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) PREGUNTA: CON EL FÍN DE PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA EN BENEFICIO DEL PACIENTE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB143 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
13	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB124 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 8, 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) SE MENCIONA BCB123 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB124 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) BCB123 INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
14	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 O 26 CC. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 CC ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
15	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA BCB86 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014 A 0.018" DE DIÁMETRO Y OPCIONALMENTE DE 175CM A 300CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: BCB86 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 182 A 300 CM. YA QUE SON PROCEDIMIENTOS CORONARIOS Y SE REQUIERE QUE LOS DISPOSITIVOS TENGAN INDICACIÓN CORONARIA. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA
16	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA BCB108: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB108 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 11CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
17	VITALMEX INTERNACIONAL SA	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE	SE MENCIONA: BCB52 CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPÓSITO CALIBRE, 5F Y 6F DE 65 A	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DE CV		CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	110 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL PREGUNTA: CON EL PROPOSITO DE PODER OFERTAR MAS MEDIDAS EN BENEFICIO DEL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB52 CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPÓSITO O PIGTAIL, CALIBRE EN UN RANGO DE 5F A 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD ¿SE ACEPTA?	
18	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB152 SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, Y/O CON TRATAMIENTO CERAMICO, CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN DE 7 A 14FR. DIÁMETROS DE DIVERSOS DIÁMETROS INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN O PREGUNTA: EXISTEN DIFERENTES TECNOLGÍAS EN EL MERCADO QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB152 SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN, DE DIVERSOS DIÁMETROS INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
19	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB148 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA. CALIBRE 7 A 12 FR. LONGITUD 60 A 80 CM. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4MM A 40MM E INTERMEDIAS COM PATIBLE CON DISPOSITIVO OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN O PREGUNTA: DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO QUE SATISFACEN LA NECESIDAD DE LOS PACIENTES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB148 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER, COMPATIBLE CON DISPOSITIVO LIBERADOR OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
20	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB150 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, Y/O TRATAMIENTO CERAMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4 MM A 24MM E INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB150 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, Y/O TRATAMIENTO CERAMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4 MM A 20MM E INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR A	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN ¿SE ACEPTA?	
21	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB149 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN . PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB149 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA POR TIPO DE LESIÓN . ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
22	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB113 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB113 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 23 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
23	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA BCB1: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 4 A 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021" A 0.038". CON EL FIN DE OFERTAR MAYOR MEDIDAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
24	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB112 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB112 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 23 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
25	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB42 CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA MAYOR CANTIDAD DE CURVAS NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB42 CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, JB2, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL EN UN RANGO DE 4 A 5	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				FR., LONGITUD 100 Ó 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, SIDEWINDER (SIM1, SIM2, SIM3), MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE UN RANGO DE 100 Ó 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 5FR. ¿SE ACEPTA?	
26	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB121 INTRODUCIDORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.038" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB121 INTRODUCIDORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 23 CM CALIBRE EN UN RANGO DE 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
27	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB55 CATÉTERES GUÍA PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, DENTRO DEL RANGO DE 5 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: JUDKINS ASA DE 3.0, 3.5, 4.0 Y 5.0 MM AMPLATZ, MP, EXTRA BACKUP, PREGUNTA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB55 CATÉTERES GUÍA PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, DENTRO DEL RANGO DE 5 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: JUDKINS ASA DE 3.0, 3.5, 4.0 Y 5.0 MM AMPLATZ, MP, EXTRA BACKUP O SOPORTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
28	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: BCB56 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ, MP O EQUIVALENTE, EXTRA SOPORTE PARA IZQUIERDA Y EXTRA SOPORTE PARA DERECHA, MAMARIO. PREGUNTA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB56 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 5 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ, MP O EQUIVALENTE, EXTRA SOPORTE PARA IZQUIERDA Y SOPORTE PARA DERECHA, MAMARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
29	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.848 CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 8 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.848 CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 8 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD. DEBIDO A QUE ACTUALMENTE NO HAY CATÉTERES DIAGNÓSTICOS EN 8 FR VIGENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
30	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD OPCIONAL DE 150, 260 Ó 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD OPCIONAL DE 150 Y 260. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DEBIDO A QUE LA MEDIDA DE 300 CM SE ENCUENTRA	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ACTUALMENTE OBSOLETA. ¿SE ACEPTA?	
31	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ÁCIDO POLIGLICOLICO O CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCIDORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ÁCIDO POLIGLICOLICO. LOS CUALES CUMPLEN LA FUNCIÓN DEL CIERRE VASCULAR DE LAS PUNCIÓNES EN LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
32	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATÉTER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.881 CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 150 CM. DEBIDO A QUE EXISTEN DIVERSAS TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
33	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.883 EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM O EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15 O 25CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.883 EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM. DEBIDO A QUE ES LA MEDIDA VIGENTE PARA ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
34	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.894 GUÍA DE PRESIÓN. FLOPPY DE .014 POR 185 O 190CM DE LONGITUD O MICRO CATÉTER CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL O GUÍA FLOPPY DE 0.014" POR 182 CM DE LONGITUD PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.894 GUÍA DE PRESIÓN. DE .014 POR 185 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL, CON EL FIN DE OFERTAR LA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON NUESTRO SISTEMA OFERTADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
35	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.898 INTRODUCIDOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8-FR O INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7FR PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCION CORRECTA A OFERTAR ES LA SIGUIENTE: 60.01.898 INTRODUCIDOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 24 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR E INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 23 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR YA QUE CORRESPONDE A LAS MEDIDAS NECESARIAS DE ESTA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
36	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.900 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.900 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 23 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.025 A 0.038" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
37	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.921 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 300 A 370 MG/ML, IOVERSOL O IOPAMIDOL O IOHEXOL O IOPROMIDA O LOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD, IOXAGLATO DE SODIO Y MEGLUMINA, CONCENTRACIÓN 320MG/ML, PRESENTACIÓN 100ML. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.921 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 Y 370 MG/ML, IOVERSOL O IOPAMIDOL O IOHEXOL O IOPROMIDA O LOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
38	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR: 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. ES DECIR, TODOS DEBEREMOS OFERTAR LOS STENTS CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS Y SIROLIMUS PARA EL BENEFICIO DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA
39	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE -O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR AMBAS TECNOLOGIAS: ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA Y KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA
40	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE Y EXPANDIBLES CON BALÓN, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014" O 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITANIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL).	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS RADIOPACAS, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035"Ó 0.014"Ó 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL). YA QUE DENTRO DE LA SOLICITUD SE REPITE LA DESCRIPCIÓN. ¿SE ACEPTA?	
41	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA. INCLUYE EQUIPO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA O ANALIZADOR CON TECNOLOGÍA BASADA EN CUBETA CON CARTUCHO COMPATIBLE. YA QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
42	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.976 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 5 A 6 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.976 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. CON PUNTA SUAVE, ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 5 A 6 FR. YA QUE DENTRO DEL MERCADO SE MANEJAN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES CON LOS QUE SE PRODUCEN ESTOS CONSUMIBLES, SIN AFECTAR EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
43	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.25 A 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM. Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM. Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
44	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.979 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS , PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ O MP O VODA O LKARI O EBU. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.979 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ O MP O IKARI O EBU. YA QUE LA CURVA VODA SE ENCUENTRA DESCONTINUADA.	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTADUAL JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
45	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	¿SE ACEPTA? SE MENCIONA: 60.01.981 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMOLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.981 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. YA QUE NO SE MANEJAN LAS MEDIDAS EN 110 CM PARA LAS CURVAS SOLICITADAS EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
46	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	¿SE ACEPTA? SE MENCIONA: 60.01.982 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.982 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. DEBIDO A QUE LA MEDIDA COMERCIALIZADA EN MÉXICO ES DE 100 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
47	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.983 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA O DOBLE ESPIRAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM A 195CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.983 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO DE 182CM O 190CM O 300 CM DE LONGITUD. CON EL FIN DE OFERTAR MÁS MEDIDAS PARA ELECCIÓN DEL INTERVENCIÓNISTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
48	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.1057 KIT DE INTRODUCTOR RADIAL CON PARED ULTRA DELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.1057 KIT DE INTRODUCTOR RADIAL CON PARED DELGADA O ULTRADELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR Ó INTRODUCTOR RADIAL LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 DE 5 A 7 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
49	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.825 CATÉTER CON LAZO Y/O CANASTILLA DE DIVERSAS MEDIDAS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.825 CATÉTER CON LAZO DE DIVERSAS MEDIDAS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
50	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.908 JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFIA, DE 100 A 150 ML DE CAPACIDAD O JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFIA, DE 150 ML DE CAPACIDAD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA COAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.908 JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 150 ML DE CAPACIDAD. ¿SE ACEPTA?	
51	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.909 JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE. PREGUNTA : SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.909 JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE Ó JERINGA MULTIPACIENTE DE 150 ML. GARANTIZANDO LA COMPATIBILIDAD DE VOLUMEN Y LA ESTERILIDAD NECESARIA PARA EL PROCEDIMIENTO, CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE CON LA FUNCIÓN REQUERIDA SIN LIMITAR LAS OPCIONES DEL MERCADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
52	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.913 KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE: INCLUYE 1 MANIFOLD, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.913 KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE: INCLUYE 1 MANIFOLD, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO Ó JERINGA DE 150 ML Y TUBOS DESECHABLES ESTÉRILES PARA LLENADO DE SOLUCIÓN SALINA Y/O MEDIO DE CONTRASTE. SIENDO UNA TECNOLOGÍA CLÍNICAMENTE EQUIVALENTE Y OPERATIVAMENTE SUPERIOR, YA QUE OPTIMIZA LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN Y REDUCE DRÁSTICAMENTE EL DESPERDICIO DE CONSUMIBLES ENTRE PROCEDIMIENTOS, BENEFICIANDO LOS RECURSOS DEL HOSPITAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
53	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.862 CONTROLADOR MANUAL ESTÉRIL PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE CON FLUJO VARIABLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.862 CONTROLADOR MANUAL ESTÉRIL PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE CON FLUJO VARIABLE Ó CONTROLADOR MANUAL MULTIPACIENTE. MANTIENIENDO LA PRECISIÓN EXIGIDA PARA EL SISTEMA DE INYECCIÓN, SUMANDO EL BENEFICIO DE MAYOR RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA AL PERMITIR SU USO SEGURO EN VARIOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
54	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T4 "BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HE 2026"	SE MENCIONA: 60.01.959 STENT PRE MONTADO EN BALÓN CUBIERTO DE EPTFE. (USO CORONARIO). PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.959 STENT PRE MONTADO EN BALÓN CUBIERTO DE EPTFE. (USO CORONARIO) O STENT CON POLIURETANO ELECTROFILADO NO TEJIDO CON RECUBRIMIENTO PROPIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
55	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE 2026	5 ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS PERMITA OFERTAS LAS	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SIGUIENTES CARACTERISTICAS. SE GARANTIZA QUE ESTAS ESPECIFICACIONES CUMPLEN PLENAMENTE CON LA FUNCIÓN MÉDICA Y TERAPÉUTICA REQUERIDA, SIN AFECTAR EN ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES, PERMITIENDO ASÍ LA EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO. 5 ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. 5.11 ECOCARDIOGRAFÍA DE ADULTOS. 5.12 ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA. 5.13 VASCULARES (APLICACIONES PERIFÉRICAS, CEREBROVASCULARES, DTC TEMPORAL Y PERIFÉRICO), Y VASCULARES ABDOMINALES). 5.14 ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA (ADULTOS Y PEDIÁTRICA). 5.15 ECOCARDIOGRAFÍA CON CONTRASTE (DETECCIÓN DE OVI Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ÍNDICE MECÁNICO (MI)) 5.16 ECOCARDIOGRAFÍA EPICÁRDICA. 5.17 ECO 3D EN TIEMPO REAL. 5.19 TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO MULTIPLANAR CON RANGO DE 2 A 3 MHZ O MENOR A 7 MHZ O MAYOR (ADULTO Y PEDIÁTRICO). O TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO CON EL RAGO DE FRECUENCIA DE 2 A 3.5 MHZ O MENOR A 6 MHZ O MAYOR. Ó SONDA CON TECNOLOGÍA PUREWAVE CRYSTAL Y/O RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 2 A 7 MHZ Ó TRANSDUCTOR DE SONDA TRANSESOFÁGICO CON 2500 ELEMENTOS 5.20. SECTORIAL, VECTORIAL O ARREGLO EN FASE CON EL RANGO DE 3MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA APLICACIÓN CARDIOLÓGICA PEDIÁTRICA. O TRANSDUCTOR VECTORIAL CON EL RANGO DE FRECUENCIA DE 2.1 MHZ O MENOR A 7.8 MHZ O MAYOR. Ó SONDA SECTORIAL MATRICIAL CON 2500 ELEMENTOS DE ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA	
56	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE 2026	EN CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA ANTERIOR: 5.21 SECTORIAL, VECTORIAL O ARREGLO EN FASE CON EL RANGO DE 2MHZ O MENOR A 4 MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, PARA APLICACIÓN CARDIOLÓGICA ADULTO, DEBE SER EN TIEMPO REAL. Ó SONDA SECTORIAL RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 4 A 2 MHZ 5.22 MODOS TRIDIMENSIONALES EN TIEMPO REAL O IMAGEN VOLUMÉTRICA EN TIEMPO REAL. 5.23 MODO M 5.24 MODO DOPPLER COLOR Y POWER ANGIO. O DOPPLER ENERGÍA. 5.25 IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES POR TÉCNICA DE INVERSIÓN DE PULSOS. 5.26 IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES CON MÚLTIPLES FRECUENCIAS CON TECNOLOGÍA DE PULSO INVERTIDO Y ARMÓNICO CODIFICADOS. 5.27 MODO DE IMÁGENES PANORÁMICAS. O FOCO DINÁMICO. 5.28 DOPPLER COLOR CONTINUO Y PULSADO. 5.29 CON MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL QUE ANALICE EL CONTENIDO DE LA IMAGEN Y ELIMINE EL RUIDO Y AUMENTE LA DEFINICIÓN DE LOS BORDES DE TEJIDO. O TECNOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN, CON AJUSTE DE GANANCIA Y BRILLO, AXIAL Y LATERAL MEDIANTE HARDWARE, CON FUNCIÓN DE MONITOREO QUE PERMITA DIFERENCIAR ENTRE TEJIDO, RUIDO Y REFLEXIÓN ESPECULAR. Ó OPTIMIZACIÓN INTELIGENTE DE IMÁGENES ISCAN OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES CON UNA SOLA PULSACIÓN - EN EL MODO 2D, AJUSTE AUTOMÁTICO MEDIANTE UN SOLO BOTÓN DE GANANCIA DEL SISTEMA Y TGC PARA ALCANZAR UN BRILLO TISULAR EQUILIBRADO 5.30. RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA DE 180 DB O MAYOR.	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				5.31 SISTEMA DIGITAL CON 30,000 CANALES O MAYOR. 5.32 REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO EN MEMORIA LOCAL, VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y MODOS DÚPLEX DE UN MÁXIMO DE 2200 IMÁGENES EN COLOR Y 2D, HASTA 64 S DE DATOS DOPPLER PULSADO (PW) Y MODO M PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES, O HASTA 48 S DE DOPPLER CW PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES 5.33 PROGRAMA COMPLETO DE REPORTES Y CÁLCULOS Ó SELECCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE LOS CÁLCULOS ¿SE ACEPTA?	
57	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE 2026	6 EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO. PREGUNTA: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES CORRESPONDEN A UNA VERSIÓN ANTERIOR DEL MODELO ILAB, CUYA TECNOLOGÍA HA SIDO DESCONTINUADA POR EL FABRICANTE. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LAS VARIACIONES PROPUESTAS NO AFECTAN EN ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO ORIGINALMENTE REQUERIDO; POR EL CONTRARIO, REPRESENTAN UNA MEJORA TECNOLÓGICA SUSTANCIAL QUE SE TRADUCE EN UN BENEFICIO DIRECTO PARA LA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LOS PACIENTES. POR LO CUAL SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CORRESPONDIENTES A LA TECNOLOGÍA VIGENTE: 6.1 EQUIPO RODABLE. 6.2.2 MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE (1920 PX X 1080 PX) CON PUERTO HDMI. 6.2.3 PERMITE A EVALUAR EL TAMAÑO DE LA LESIÓN Y LA MORFOLOGÍA DELA PLACA Y COMPROBAR LOS FACTORES PREDICTIVOS DEL FALLO DEL STENT CON IVUS. 6.2.4 POSIBILIDAD DE UTILIZAR GUÍAS DE PRESIÓN PARA MEDIR FLUJO FRACCIONARIO RESIDUAL EN EL MISMO EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
58	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE 2026	PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS PERMITA OFERTAS LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. SE GARANTIZA QUE ESTAS ESPECIFICACIONES CUMPLEN PLENAMENTE CON LA FUNCIÓN MÉDICA Y TERAPÉUTICA REQUERIDA, SIN AFECTAR EN ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES, PERMITIENDO ASÍ LA EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO. 16 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA PARA SELLADO DE VASOS. 6.1 ELECTROCOAGULADOR QUIRÚRGICO MODULAR PARA HEMOSTASIA Y CORTE, POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: 16.2 COAGULACIÓN Y CORTE MONO Y BIPOLAR. 16.3 EQUIPO MODULAR 16.4 POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EN CORTE BIPOLAR DE 100 WATTS O MAYOR 16.4.1 COAGULACIÓN MONOPOLAR DE 200 WATTS O MAYOR. 16.4.2 FORZADA COAGULACIÓN DE 120 WATTS O MAYOR. 16.4.3 SPRAY COAGULACIÓN 120 WATTS O MAYOR. 16.4.4 SIMULTÁNEA DE 200 WATTS O MAYOR 16.4.5 COAGULACIÓN BIPOLAR DE 120 WATTS O MAYOR 16.5 INDICADORES DE POTENCIA MONO Y BIPOLAR EN DISPLAY 16.6 AUMENTO DE LA POTENCIA MEDIANTE	SE ACEPTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				TECLADO O SISTEMA TÁCTIL. 16.8 PROGRAMAS DE AUTODIAGNÓSTICO Y REPORTE DE ERRORES Ó SEGURIDAD CONTRA EL MANEJO DEL EQUIPO Ó INDICACIONES DE SEGURIDAD. 16.9 PEDAL. 16.10 CONECTORES. ¿SE ACEPTA?	
59	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	BASES T147 ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE 2026	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS EQUIPOS QUE DEBERAN CONSIDERARSE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA SON LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO ANEXO T11 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE SMI PARA HE" Y ESTOS DEBERAN DE PRESENTARSE EN EL ANEXO T2. EQUIPO MÉDICO DESMI PARA HE, PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LOS CUALES DEBERÁN PERMANECER FIJOS EN EL HOSPITAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES. ¿ES CORRECTO?	CORRECTO
60	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES T147 4. EQUIPO MÉDICO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS A FIN DE COMPROBAR QUE SON FUNCIONALES Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, PODEMOS PRESENTAR "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO Y/O BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER EXPEDIDO POR EL LICITANTE, YA QUE, ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
61	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES T147 4. EQUIPO MÉDICO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS, ESTOS DEBERAN HABER SIDO FABRICADOS A PARTIR DEL AÑO 2021, LOS CUALES GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ACREDITANDO LA ANTIGÜEDAD POR MEDIO DE LA FACTURA DE COMPRA. ¿ES CORRECTO?	CORRECTO
62	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES T147 8 ASISTENCIA TÉCNICA.	SE MENCIONA: TABLA 8.1(TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: UNO POR CADA SALA Y TURNO DE LA UNIDAD). NÚMERO DE TÉCNICOS EN SITIO MATUTINO + VESPERTINO: 1 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL NÚMERO DE TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE 2, SIENDO 1 PARA CADA UNO DE LOS TURNOS MENCIONADOS EN LAS BASES (MATUTINO Y VESPERTINO). ¿ES CORRECTO?	CORRECTO
63	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA ANEXO 01 ANEXO TECNICO, ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SE TRATAN DE 10 DÍAS NATURALES O 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA EMISION Y NOTIFICACION DEL FALLO (NUMERAL 4.2.10 DE TERMINOS Y CONDICIONES 10 DIAS NATURALES, EN EL RESTO, 10 DIAS HABILES)	CORRECTO
64	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 01 ANEXO TECNICO, ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL APARTADO, EVALUACION DE PROPOSICIONES, RUBRO 3.- PROPUESTA DE TRABAJO, SUBRUBRO B) PLAN DE TRABAJO, PARA OBTENER LA MAYORIA DE PUNTOS, SE DEBE SEÑALAR UNA MEJORA EN TIEMPO DE AL MENOS 30% EN LA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	CORRECTO
65	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 INCISO K)	ES CORRECTO ENTENDER QUE CONFORME AL ANEXO NUMERO 8 (OCHO) BIENES DE ORIGEN NACIONAL Y ANEXO NÚMERO 8 "A" (OCHO "A") BIENES DE IMPORTACIÓN, ÉSTOS DEBEN SER: FIRMADOS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
66	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 INCISO L)	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR "CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS" POSITIVA Y VIGENTE, EMITIDA POR EL INSTITUTO DE FONDO NACIONAL	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE LAS PROPUESTAS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, CONSIDERANDO QUE, CONFORME A LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, PUBLICADO EN EL DOF EL 22/04/2024, DICHA CONSTANCIA CUENTA CON UNA VIGENCIA DE 30 DIAS A PARTIR DE SU EMISION ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
67	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 INCISO H)	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT, EMITIDA CON UNA FECHA NO MAYOR A TRES DIAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE LAS PROPUESTAS
68	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 6.1 INCISO I)	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDA CON UNA FECHA NO MAYOR A TRES DIAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE LAS PROPUESTAS
69	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 4 EQUIPO MEDICO TERMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 4.2.7	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA A FIN DE COMPROBAR QUE LOS EQUIPOS SON FUNCIONALES Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PODREMOS PRESENTAR "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO Y/O POLIZA Y/O BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTE DOCUMENTO PODRA SER EXPEDIDO POR EL LICITANTE, YA QUE SON EQUIPOS DE SU PROPIEDAD Y ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
70	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 ANEXO TECNICO, ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO TECNICO NUMERAL 4.3 DEL EQUIPO MEDICO, PUNTO 4.3.1, NUMERAL 6 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO, PUNTO 6.1.1, PUNTO 6.2.1 TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN EL CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO, Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, Y QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES : A) CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. O B) "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) PUBLICADO EL 07-07-2025, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO, SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA
71	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 ANEXO TECNICO, ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO TECNICO NUMERAL 4.3 DEL EQUIPO MEDICO, PUNTO 4.3.1, NUMERAL 6 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO, PUNTO 6.1.1, PUNTO 6.2.1 TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO DE EQUIPO MÉDICO, BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBERÁ PRESENTAR:	DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA, COPIA SIMPLE DEL "COMPROBANTE DE TRÁMITE DE PRÓRROGA" EMITIDO POR LA COFEPRIS, COPIA SIMPLE DE LA "CONSTANCIA DE PRÓRROGA" DONDE SE IDENTIFIQUE PLENAMENTE EL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDA POR LA COFEPRIS Y COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				C) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA. D) COPIA SIMPLE DEL "COMPROBANTE DE TRÁMITE DE PRÓRROGA" EMITIDO POR LA COFEPRIS, O EN SU CASO, COPIA SIMPLE DE LA "CONSTANCIA DE PRÓRROGA" DONDE SE IDENTIFIQUE PLENAMENTE EL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDA POR LA COFEPRIS, O COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS.	SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS.
72	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 ANEXO TECNICO, ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA LOS EQUIPOS, Y BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTRO SANITARIO, EN COMPILADOS UNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACION, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRANET, ¿EN SE ACEPTA?	SE ACEPTA
73	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 ANEXO TECNICO, ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO TECNICO, PUNTO 4.3 DEL EQUIPO MEDICO, PUNTO 4.3.2, PUNTO 6 BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO, PUNTO 6.1.2, PUNTO 6.2.1 TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.4.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ PRESENTAR, COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO-13485:2016 EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS A NOMBRE DEL FABRICANTE O COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA VIGENTE, O EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE), O CERTIFICADO DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE COFEPRIS, O MINISTERIO DE SALUD DE JAPÓN SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ADEMÁS DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN EL REFERIDO NUMERAL LAS CERTIFICACIONES QUE SE ENLISTAN • HEALTH CANADA, • CONFORMITE EUROPEENNE (CE), • JAPANESE INDUSTRIAL STANDART (JIS) • TECHNISHER UBERWACHUGS VERIEN (TUV) • AMERICAN NATIONAL ESTÁNDAR INSTITUTE/ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICAL INSTRUMENTATION (ANSI/AAMI) ¿SE ACEPTA?	ADICIONAL A LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, SE PUEDE PRESENTAR CERTIFICACIONES ADICIONALES, SIN QUE REPRESENTA MOTIVO O CAUSAL DE DESCHAMAMIENTO.
74	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 ANEXO TECNICO, ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS, Y BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, EN COMPILADOS UNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACION, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRANET, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
75	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 4, PUNTO 4.2.6 AVISO DE IMPORTACION	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, EN EL CASO DE OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO O USADO, DADO QUE LA IMPORTACIÓN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS NO ESTÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE UN AVISO DE IMPORTACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR NO SER PRODUCTOS SIDERÚRGICOS O MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, PARA CUBRIR CABALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SOLO EN CASO DE SER EQUIPO NUEVO IMPORTADO, EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR HOJA CON MEMBRETE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LA CUAL INDIQUE QUE DENTRO DE UN PERIODO DE 15 DIAS HABILES POSTERIOR A LA EMISIÓN DE FALLO SE ENTREGARAN LAS CARTAS FACTURAS AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, Y ESTA DEBERA PRESENTARLA PARA SU EVALUACION TECNICA
76	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERAL 4 EQUIPO MEDICO TERMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 4.2.7	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL AÑO DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS SE CONSIDERARÁ A PARTIR DEL AÑO 2020, TAL COMO SE SEÑALA EN EL FORMATO ANEXO T30 (T TREINTA) DE LAS BASES	SE ACEPTA
77	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA ANEXO 01 ANEXO TECNICO, ANEXO 02 TERMINOS Y	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SE TRATAN DE 10 DÍAS NATURALES O 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA	SERAN 10 DIAS NATURALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CONDICIONES	EMISION Y NOTIFICACION DEL FALLO (NUMERAL 4.2.10 DE TERMINOS Y CONDICIONES 10 DIAS NATURALES, EN EL RESTO, 10 DIAS HABILES)	
78	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 ANEXO TECNICO, ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL APARTADO, EVALUACION DE PROPOSICIONES, RUBRO 3.- PROPUESTA DE TRABAJO, SUBRUBRO B) PLAN DE TRABAJO, PARA OBTENER LA MAYORIA DE PUNTOS, SE DEBE SEÑALAR UNA MEJORA EN TIEMPO DE AL MENOS 30% EN LA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA LA APRECIACION, 30% SON POR LO MENOS 3 DIAS MENOS AL TENER UNPLAZO DE DIAS NATURALES PARA INSTALACION.
79	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA NUMERAL 9 ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES	CONVOCATORIA NUMERAL 9, RUBRO 1), SUBRUBRO A.3); ANEXO 02 TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4, PUNTO 4.2.13 Y NUMERAL 15, RUBRO 1), SUBRUBRO A.3 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARA SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CABALMENTE CON LOS PUNTOS MENCIONADOS, SE DEBERAN PRESENTAR COPIA DE CERTIFICADO, CONSTANCIA O DIPLOMA DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR; O DOCUMENTO EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA RECONOCIDA Y DEDICADA A PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EQUIPO MÉDICO, QUE ACREDITE EL DOMINIO DE HERRAMIENTAS EN INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS CONFORME AL ANEXO T2 DE LAS BASES	SE ACEPTA

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas para remitir por Compras MX, las preguntas que consideren necesarias en relación con las aclaraciones realizadas por la convocante, mediante Compras MX.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación Pública. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 08:10 horas, del día, mes y año en que se actúa

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Maria Jose Carrillo Capacete	Jefa del Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Jefa del Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dr. Hiram Jacobo Jimenez Garcia	Medico Supervisor de Hospitales	
Ing. Jorge Alberto Bañuelos Castañeda	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	

Por el órgano Interno de Control Especifico en el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Mtro. Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor en el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Oficina Regional no. 05, mediante oficio no. SABG/OICGYR/AID105/2263/2026	Firma de manera electrónica de conformidad con el artículo 50 de la ley de Adquisición Arrendamientos y Servicios del Sector Publico



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 14:59 horas, del 24 de julio del 2026, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el cierre de la junta de aclaraciones a la convocatoria de licitación Publica indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción II, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria de Licitación.

El acto fue presidido por la Lic. Martha Angelica Gallardo Garcia, Jefa de la Oficina de Adquisición de bienes y contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante mediante oficio 14A660611000/105/2025 suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, de conformidad con el artículo 3 fracción II de su reglamento al numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social actualizadas al mes de octubre de 2023, y a los puntos 8 y 10 de las funciones sustantivas de las áreas a su cargo conforme el manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas a las aclaraciones realizadas, de conformidad al artículo 44 de la Ley, a través del portal de Compras MX, como se detalla a continuación:

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES :	NUMERO DE PREGUNTAS
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	13

No. de pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 11 Y 12 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS NOS COMPARTA LOS DATOS DE CONTACTO PARA PODER HACER LLEGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.	Al licitante que en su caso resulte adjudicado, se le hará llegar la información de contacto para la formalización de contrato
2	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 13 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS 2.1.27. Y 2.1.36. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE, LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS A PARTIR DE SU EMISIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	La opinión de cumplimiento en materia de seguridad social (IMSS) tiene una vigencia de 15 días hábiles, las opiniones de cumplimiento en materia de obligaciones fiscales (SAT) y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos (INFONAVIT) tienen una vigencia de 30 días naturales.
3	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 19 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE QUE MANERA DE COMPUTARÁN LOS MESES, AÑOS O FRACCIONES DE AÑO EFECTIVAMENTE EJECUTADOS A FIN DE ACREDITAR LOS CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE. FAVOR DE ACLARAR.	Se contara a partir del inicio de la vigencia de los contratos presentados computando los años y meses de acuerdo a la vigencia de los mismos.
4	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 23 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA ESPECIALIDAD SE DEBERÁN ACREDITAR 5 CONTRATOS Y NO 5 AÑOS, DEBIDO QUE PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD SOLAMENTE SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS Y NO LA ACREDITACIÓN DE AÑOS. ¿ES CORRECTO?	No se acepta, el puntaje se otorgara de acuerdo a los años de experiencia
5	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 29 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁNDO SERÁ LA FECHA DE CORTE Y CUÁNTOS DÍAS POSTERIORES A ELLA DEBERÁ PRESENTARSE LA FACTURACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	Los cortes son mensuales y la facturación deberá ser posterior a ella, sin días o plazo establecido solo dentro de los 2 años posteriores a la recepción de la prestación de servicio de acuerdo al artículo 1,161 del código civil federal
6	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 33 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA PRESENTAR AL MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS DEL EQUIPO, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POR PARTIDA, ASÍ COMO UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE UNA VEZ ADJUDICADOS HAREMOS ENTREGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTES AL 20% FALTANTE 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITIR QUE TODOS LOS LICITANTES PARTICIPEMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES, ¿SE ACEPTA?	No se acepta, deberá presentar el 100% de los registros



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
7	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 41 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA PRESENTAR AL MENOS EL 80% DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL EQUIPO, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POR PARTIDA, ASÍ COMO UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE UNA VEZ ADJUDICADOS HAREMOS ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL 20% FALTANTE 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITIR QUE TODOS LOS LICITANTES PARTICIPEMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES, ¿SE ACEPTA?	No se acepta, deberá presentar el 100% de los certificados
8	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV.	PREGUNTA 4 DEL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL ES EL PERIODO EN EL CUAL SE DEBE ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, DEBIDO A QUE EN LA TABLA DE PONDERACIÓN SE ESTABLECE QUE "DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) AÑOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2013 AL 2022 " Y EN EL ANEXO NÚMERO 02: TÉRMINOS Y CONDICIONES SE MENCIONA QUE "EL INSTITUTO CONSIDERARÁ LOS CONTRATOS CUYA VIGENCIA INICIE A PARTIR DEL 2014 Y QUE SE ENCUENTREN CONCLUIDOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS." FAVOR DE ACLARAR.	No existe limitante de la antigüedad que tengan los años de experiencia.
9	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 4 DEL LICITANTE TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO T17 ES OPTATIVA PARA TODOS LOS LICITANTES, DEBIDO A QUE EN LA PREGUNTA 49 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V. SE INDICA QUE FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU NO PRESENTACIÓN NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR	El anexo T17 es de carácter informativo
10	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 5 DEL LICITANTE TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO T18 ES OPTATIVA PARA TODOS LOS LICITANTES, DEBIDO A QUE EN LA PREGUNTA 49 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V. SE INDICA QUE FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU NO PRESENTACIÓN NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR	El anexo T18 es de carácter informativo
11	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 79 DEL LICITANTE VITALEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO "DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO", DEBEREMOS PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO, CONSTANCIA O DIPLOMA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR, ÚNICAMENTE DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL ANEXO NÚMERO T11 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA SMI PARA HE", DE ACUERDO A LO CONTESTADO POR LA CONVOCANTE EN LA PREGUNTA 18 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V. Y LA PREGUNTA 9 DEL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V., Y NO A LOS EQUIPOS REQUERIDOS EN EL ANEXO T2 DE LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR.	Deberá presentar copia de certificado, constancia o diploma de los equipos solicitados en el anexo T2 "EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HE" se actualiza el anexo T11 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE SMI PARA HE" mismo que se anexa a la presente acta
12	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 37 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y A MANERA DE EXCEPCIÓN Y SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, NOS PERMITA OFERTAR SONDA DE ECO INTRACARDIACO FABRICADA EN COREA, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN REGULATORIA VIGENTE Y VALIDAD POR LA AUTORIDAD SANITARIA, EN LA CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL ESTÁ CONSTITUIDO EN UN PAÍS QUE TIENE TLC CON MÉXICO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA?	No se acepta
13	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	PREGUNTA 63 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MANTAS DE AUTOCALENTAMIENTO INTRAOPERATORIO Y POSTOPERATORIO SIN NECESIDAD DE EQUIPO CAPITAL, CUMPLIENDO CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

Numero	NOMBRE DE LOS LICITANTES	NUMERO DE PREGUNTAS
2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	14

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
1	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 3 DEL LICITANTE ARTIMEDICA SA DE CV PÁGINA 1	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTROGADA AL LICITANTE ARTIMEDICA SA DE CV, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO OPCIONAL PARA TODOS LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	Es correcta su apreciación
2	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 2 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV PÁGINA 2	CON BASE EN LA RESPUESTA OTROGADA AL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA REFERENCIAR CON CADA CÓDIGO OFERTADO DE BCB, BCC Y EQUIPO OFERTADO PARA FACILITAR LA VISUALIZACIÓN, BÚSQUEDA Y REVISIÓN DE LOS MISMOS EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y REGISTROS SANITARIOS, DEBIDO A QUE EL NUMERAL DIFERENTE SE ENCONTRARÁ DENTRO DEL ANEXO T21 "PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA/DOCUMENTAL" ¿SE ACEPTA?	Se acepta
3	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 45 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV PÁGINA 7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE EL REFERENCIAR POR FAMILIA NO PERMITE DIFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA INSUMO, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS CONFIRME QUE LA REFERENCIA SERÁ POR NUMERAL O CÓDIGO OFERTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Podrá referenciar por familia o por numeral o código ofertado.
4	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 64 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV PÁGINA 9 NO. DE PREGUNTA 12 DEL LICITANTE TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV PÁGINA 14 NO. DE PREGUNTA 2 DEL LICITANTE ARTIMEDICA SA DE CV PÁGINA 1	CON BASE EN LA RESPUESTA OTROGADA A LOS LICITANTES DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV, TECNOLOGÍA MÉDICA DIART SA DE CV Y ARTIMEDICA SA DE CV, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS OFERTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS SOLICITADAS POR LA BASE EN EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.944. YA QUE EL TENER DISPONIBLES LAS DEMÁS TECNOLOGÍAS PERMITE UNA CORRECTA ATENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Se acepta
5	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 68 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV PÁGINA 9	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR 60.01.1053 CATÉTER DE ATERECTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA, DE OCLUSIONES AGUDAS O CRÓNICAS, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON GUÍA INCLUIDA DE ROTO ABLACIÓN DE 0.009" Y AVANZADOR CON OLIVA GIRATORIA DE DIFERENTES DIÁMETROS. DEBIDO QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA POR EL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV, Y LA SOLICITADA POR LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SON TECNOLOGÍAS DISTINTAS. LA LITOTRIPSIA REQUIERE CRUZAR LA LESIÓN CON UN BALÓN. ACEPTAR ESTA SUSTITUCIÓN DEJA AL SERVICIO SIN HERRAMIENTA PARA TRATAR LESIONES SEVERAMENTE CALCIFICADAS E 'INCRUZABLES', DONDE EXCLUSIVAMENTE LA OLIVA ROTACIONAL PUEDE PERFORAR EL VASO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Se acepta
6	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 70 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV PÁGINA 9	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR 18. CONSOLA DE ROTABLACIÓN . COMPATIBLE CON CATÉTERES OFERTADOS (CATÉTER DE ATERECTOMÍA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA.), DEBIDO QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA POR EL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV, Y LA SOLICITADA POR LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SON TECNOLOGÍAS DISTINTAS. LA LITOTRIPSIA REQUIERE CRUZAR LA LESIÓN CON UN BALÓN. ACEPTAR ESTA SUSTITUCIÓN DEJA AL	Se acepta



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES				
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS				
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026				
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.				
No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			SERVICIO SIN HERRAMIENTA PARA TRATAR LESIONES SEVERAMENTE CALCIFICADAS E 'INCRUZABLES', DONDE EXCLUSIVAMENTE LA OLIVA ROTACIONAL PUEDE PERFORAR EL VASO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
7	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 9 DEL LICITANTE TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV PÁGINA 14	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR UN INTRODUTOR CON ALMA METÁLICA PARA EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.898. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	No se requiere
8	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 20 DEL LICITANTE TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV PÁGINA 16	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR UN CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIOA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE EN DIAMETROS DE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIAMETRO. DEBIDO A QUE EL DIAMETRO DE 1.00 ES DE SUMA IMPORTANCIA CONTARLO EN EL SERVICIO, YA QUE, ES LA UNICA MEDIDA DISPONIBLE PARA TRATAR LAS OCLUSIONES COMPLEJAS. ¿ES CORRECTO?	Se acepta
9	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 23 DEL LICITANTE TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV PÁGINA 16	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR 60.01.837 CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO 5, 6, 7 Y 8 FR., DEBIDO A QUE LA MEDIDA DE 5 FR ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA TENER LAS OPCIONES CORRECTAS DE ACUERDO A LA ANATOMIA DEL PACIENTE ¿ES CORRECTO?	Se acepta
10	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 11 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV PÁGINA 18 Y 19	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR BCB82 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" LONGITUD DE 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O ANGULADA. SIN AFECTAR LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	Se acepta
11	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 15 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV PÁGINA 19	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE ESTE BIEN DE CONSUMO BÁSICO ESTA REQUERIDO EN PROCEDIMIENTOS CORONARIOS Y SE REQUIERE QUE LOS DISPOSITIVOS TENGAN INDICACIÓN CORONARIA, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: BCB86 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 182 A 300 CM. ¿ES CORRECTO?	Es correcto
12	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 33 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV PÁGINA 23	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.883 EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM Ó 76 CM. ¿SE ACEPTA?	No se acepta
13	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 35 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV PÁGINA 23	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, DEBIDO A QUE EL SOLICITAR LA LONGITUD DE 24 A 45 CM ESTAMOS OFERTANDO UN MAYOR RANGO DE MEDIDAS EN BENEFICIO DEL PACIENTE. POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 24 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR E INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 23 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR YA QUE SON LAS MEDIDAS VIGENTES PARA ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta
14	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	NO. DE PREGUNTA 71 DEL LICITANTE VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 190 BIS 6 DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD PARA EL CASO DE REGISTROS SANITARIOS SOMETIDOS	No se acepta, deberá presentar copia simple del registro sanitario sometido a prórroga, copia simple del "comprobante de trámite de prórroga" emitido por la COFEPRIS, copia simple de la "constancia de prórroga" donde se identifique plenamente el número de



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-147-2026

SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL HGR 46 DE ESTA OOAD JALISCO, PARA EL RESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

No. de pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			A PRÓRROGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS ANTES MENCIONADOS, ¿SE CONFIRMA A LA CONVOCANTE QUE SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR INDISTINTAMENTE (UNO U OTRO) CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA DAR POR CUMPLIDO EL REQUISITO TÉCNICO?: ¿A) COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE TRÁMITE DE PRÓRROGA EMITIDO POR LA COFEPRIS; O B) COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE PRÓRROGA; O C) COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS LO ANTERIOR EN RAZÓN QUE ACTUALMENTE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA ELECTRÓNICO DEL REGISTRO SANITARIO EN EL PROCESO DE PRÓRROGA NO PUEDE CONTAR SIMULTÁNEAMENTE CON EL ACUSE DE INGRESO Y LA CONSTANCIA DE RESOLUCIÓN FINAL. ¿SE ACEPTA?	registro sanitario emitida por la COFEPRIS y copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

Se informa a los licitantes que el Evento de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el **31 de julio del 2026 a las 11:00 horas**, vía medios electrónicos.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación Pública. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 15:15 horas, del día, mes y año en que se actúa.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Martha Angélica Gallardo García	Jefa del Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dr. Hiram Jacobo Jimenez Garcia	Medico Supervisor de Hospitales	
Ing. Jorge Alberto Bañuelos Castañeda	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	

Por el órgano Interno de Control Especifico en el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Mtro. Luis Enrique Gutierrez Valadez	Auditor en el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Oficina Regional no. 05, mediante oficio no. SABG/OICGYR/AIDI05/2263/2026	Firma de manera electrónica de conformidad con el artículo 50 de la ley de Adquisición Arrendamientos y Servicios del Sector Publico

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE
ANEXO T11 "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE SMI PARA HE"

No. Prog.	Del	Delegación / UMAE	CLP	Tipo	Número	Localidad	Poliógrafo para estudios hemodinámicos.	Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.	Ecocardiógrafo tridimensional Doppler color.	Equipo de ultrasonido intracoronario.	Equipo de guía de presión para cálculo de flujo de Reserva Fraccional	Unidad de electrocrucio para termofusión de vasos.	Consola de Rotablastión
1	14	Jalisco	1.40168E+11	HGR	46	GUADALAJARA	1	1	1	1	1	1	1


