



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-50-GYR-050GYR002-N-161-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, VENTILADOR VOLUMETRICO, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MEDICA D, ELECTROCARDIOGRAFO Y BANDA DE PRUEBA DE ESFUERZO DE LA MARCA MEDI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 09:00 (nueve horas) del 27 de julio de 2026, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, C.P.45600, Colonia Santa Maria Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) 90 y 91 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

El acto fue presidido por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 3 fracción II del reglamento de LAASSP y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública)

El funcionario público que preside el presente acto, fue asistido por el Ing. Juan Medina Zúñiga representante del departamento de Conservación y Servicios Generales, quien solventa las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El funcionario público que preside el presente acto dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de la plataforma de los siguientes licitantes:

LICITANTE	NUMERO DE PREGUNTAS
INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	9 PREGUNTAS
MACROMEDICA SA DE CV	6 PREGUNTAS
AMC BIOMEDICAL SA DE CV	5 PREGUNTAS

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1174735	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRAN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	ES CORRECTO, PODRA PRESENTAR FORMATO ADECUADO SIEMPRE Y CUANDO INCLUYA LA INFORMACION SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA.
1174736	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS REQUISITOS Y/O ANEXOS Y/O ESCRITOS LIBRES QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, BASTARÁ CON PRESENTARLOS CON LA LEYENDA DE "NO APLICA"? SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE MI PROPUESTA. FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTO, PODRA COLOCAR LA LEYENDA NO APLICA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-50-GYR-050GYR002-N-161-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, VENTILADOR VOLUMETRICO, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MEDICA D, ELECTROCARDIOGRAFO Y BANDA DE PRUEBA DE ESFUERZO DE LA MARCA MEDI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1174737	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE UN DOCUMENTO SEA REQUERIDO EN MULTIPLES OCASIONES NOS PERMITA PRESENTARLO UNA SOLA VEZ, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REFERENCIADO A LAS SECCIONES EN LA QUE LO SOLICITA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?.	SE ACEPTA
1174738	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO AL 100% FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO
1174739	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA LOS ESCRITOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE DE MANERA INDIVIDUAL SON LOS MENCIONADOS EN ESTE NUMERAL FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
1174740	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	DE ACUERDO CON EL ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR PUBLICADA EN EL DOF EL 06 DE OCTUBRE DE 2025, LA OPINION CUENTA CON UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES POR LO CUAL DEBERA DE PRESENTARLA VIGENTE AL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
1174741	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	TENIENDO EN CUENTA QUE EL SISTEMA DE INFONAVIT YA NO GENERA CONSTANCIAS DE FORMA DIARIA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁ VÁLIDA LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE INFONAVIT CON UNA FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.	LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL QUE SE EXPIDA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA MISMA POR LO CUAL DEBERA DE PRESENTARLA VIGENTE AL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
1174742	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 6.2	CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA LIBRE CONCURRENCIA DE LICITANTES QUE CUENTAN CON LA CAPACIDAD TÉCNICA, EXPERIENCIA Y RECURSOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE NO SEA UN REQUISITO OBLIGATORIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, ESTE REQUISITO GARANTIZA QUE EL OFERTANTE CUENTE CON ACCESO FORMAL A : REFACCIONES ORIGINALES, INFORMACIÓN TÉCNICA Y MANUALES DE SERVICIO, ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS Y DE SOFTWARE, ASÍ COMO SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA
1174743	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	EN EL REQUERIMIENTO DE ARCHIVO ANEXO TECNICO, NOTAMOS QUE HAY UNA DISCREPANCIA, YA QUE DE LA PARTIDA NUMERO 5 SE BRINCA A LA PARTIDA NUMERO 6, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO EXISTE LA PARTIDA 6? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	ES CORRECTO. SE MODIFICA ARCHIVO ANEXO TECNICO DEL PARTADO DE ANEXOS DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX
1180515	MACROMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	2.1 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	CONSIDERANDO QUE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CONTEMPLA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DE MONITOREO, DIAGNÓSTICO Y SOPORTE DE VIDA, ¿SERÁ REQUISITO QUE EL PROVEEDOR ACREDITE QUE CUENTA CON EL PROGRAMA DE SERVICIO (SOFTWARE) PROPIO DEL FABRICANTE? EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUE DOCUMENTOS DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA ACREDITAR LA LICENCIA, AUTORIZACIÓN DE USO, VIGENCIA Y ALCANCE	EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR POR MEDIO DE UNA CONSTANCIA EMITIDA POR PARTE DEL FABRICANTE, QUE CUENTA CON EL PROGRAMA DE SERVICIO PARA ACTUALIZACION DE SOFTWARE A LAS VERSIONES VIGENTES GARANTIZANDO COMPATIBILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MODELOS Y VERSIONES DE EQUIPOS, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-50-GYR-050GYR002-N-161-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, VENTILADOR VOLUMETRICO, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MEDICA D, ELECTROCARDIOGRAFO Y BANDA DE PRUEBA DE ESFUERZO DE LA MARCA MEDI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				DEL SOFTWARE?	
1180516	MACROMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	2.1 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE... FAVOR DE ACLARAR SI ¿ES NECESARIO QUE ESTE DIRIGIDA AL PROCEDIMIENTO? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DEBERÁ HACER REFERENCIA EXPRESA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES Y COMPONENTES ORIGINALES. ASIMISMO, DEBERÁ CONTENER EL CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DEL FABRICANTE A FIN DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD.
1180517	MACROMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	9. TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES	FAVOR DE ACLARAR... ¿SE ACEPTA QUE LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS SEAN EMITIDAS POR UN DISTRIBUIDOR MAYORISTA?	NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN EMITIDAS POR EL FABRICANTE PARA CADA MODELO DE LOS EQUIPOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, CON FECHA DE AMISION NO MAYOR A UN AÑO Y DEBERÁ CONTENER EL CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO A FIN DE PODER VERIFICAR SU AUTENTICIDAD.
1180518	MACROMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	9. TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES	CERTIFICADOS DE CALIBRACION...SOLICITAMOS ACLARACION AL RESPECTO, TODA VEZ QUE SE SOLICITA COMO REQUISITO: "... CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN PARA LAS PESAS PATRON...", SIN EMBARGO NO HAY BÁSCULAS Y DICHO CERTIFICADO NO GUARDA RELACIÓN CON LOS EQUIPOS MÉDICOS OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	"NO SERÁ REQUISITO PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN CORRESPONDIENTES A PESAS PATRÓN EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES DE LOS INSTRUMENTOS DE CALIBRACION, MEDICIÓN Y VERIFICACION UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DEBERÁN SER ADECUADOS PARA VERIFICAR LAS VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD APLICABLES A LOS EQUIPOS MÉDICOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO MINIMO LO SIGUIENTE: *UN ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA *DOS MULTIMETRO DIGITAL *UN TERMOMETRO DIGITAL *UN AMPERIMETRO DE GANCHO *CINCO SIMULADOR DE SIGNOS VITALES *UN OSCILOSCOPIO *TRES ANALIZADOR DE VENTILACIÓN, PARA FLUJO, PRESION Y VOLUMENES *UN PROBADOR PARA BANDA DE ESFUERZO CON ESPECIFICACIÓN FOTOGRAFICA, REPORTE Y ETIQUETA DEL LICITANTE
1180559	MACROMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	9. TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES	. CARATULA, OBJETO DEL CONTRATO Y HOJA DE FIRMAS... RESPECTO DE LA LA EXPERIENCIA, PODRIAN ACLARAR SI, ¿LOS CONTRATOS DE REFERENCIA DEBEN SER DEL MISMO TIPO DE EQUIPOS O PUEDEN SER SIMILARES?	"EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR LOS CONTRATOS CON LOS QUE CUENTE DE ACUERDO A LOS AÑOS QUE SE ESPECIFICAN EN EL NUMERAL DE REFERENCIA. MISMOS QUE DEBERAN MOSTRAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION ACORDE A LOS EQUIPOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-50-GYR-050GYR002-N-161-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, VENTILADOR VOLUMETRICO, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MEDICA D, ELECTROCARDIOGRAFO Y BANDA DE PRUEBA DE ESFUERZO DE LA MARCA MEDI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. "
1180560	MACROMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	9. TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES	RESPECTO DEL REQUISITO SOBRE DEMOSTRAR LA ESPECIALIDAD EN LA "PRESTACION DE SERVICIO CON LAS CARACTERISTICAS IGUALES O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN..." ¿PARA DEMOSTRAR QUE SE HA PRESTADO EL SERVICIO, LOS CONTRATOS PUEDEN SER DE EQUIPOS IGUALES O SIMILARES INDISTINTAMENTE?	"SE SOLICITA QUE LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN CORRESPONDAN A CARACTERISTICAS IGUALES O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES, LA ESPECIALIDAD DEBERÁ ACREDITARSE MEDIANTE CONTRATOS, QUE DEMUESTREN POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS IGUALES O SIMILARES DE LAS MARCAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION "
1181139	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6 INCISO S	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA LA PRESENTACIÓN DE OPINION DEL IMSS CON UN PERIODO MÁXIMO DE VIGENCIA DE QUINCE DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO CON EL ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR PUBLICADA EN EL DOF EL 06 DE OCTUBRE DE 2025, LA OPINION CUENTA CON UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES POR LO CUAL DEBERA DE PRESENTARLA VIGENTE AL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
1181142	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6 INCISO T	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA LA PRESENTACIÓN DE OPINION DEL SAT CON UN PERIODO MÁXIMO DE VIGENCIA DE QUINCE DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿SE ACEPTA?	LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL QUE SE EXPIDA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA MISMA POR LO CUAL DEBERA DE PRESENTARLA VIGENTE AL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
1181143	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6 INCISO U	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA LA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE INFONAVIT CON UN PERIODO MÁXIMO DE VIGENCIA DE QUINCE DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿SE ACEPTA?	LA CONSTANCIA DE INFONAVIT QUE SE EXPIDA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA MISMA POR LO CUAL DEBERA DE PRESENTARLA VIGENTE AL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
1181144	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 2.1	EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 2.1 EN DONDE INDICA QUE EL LICITANTE DEBERA DE ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DE RESULTAR GANADOR CONTARA CON EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO 01 800 Y/O SI EL SERVICIO ES DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA PROPORCIONARA EL NÚMERO TELEFÓNICO PARA REPORTAR LAS FALLAS, Y SERÁ PROPORCIONADO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR EL IMSS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE DICHO REQUISITO CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE CONTACTO Y ATENCIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS, Y NO IMPLICA COMO REQUISITO DE PARTICIPACIÓN QUE EL LICITANTE DEBA TENER SU DOMICILIO FISCAL, LEGAL O DE OPERACIONES EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA O EN ALGUNA UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL PAÍS. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE REALIZARSE CUMPLIENDO	ES CORRECTO, LA CARTA BAJO PROTESTA DEBERA PRESENTARLA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SIN QUE EL DOMICILIO DEL LICITANTE SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. LA CARTA BAJO PROTESTA DE CORREO ELECTRÓNICO Y EL 01 800 SON SOLICITADOS PARA TENER LA CERTEZA DE QUE SE CONTARÁ CON SERVICIO DE ATENCIÓN CONSTANTE PARA CUALQUIER REPORTE DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-50-GYR-050GYR002-N-161-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, VENTILADOR VOLUMETRICO, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MEDICA D, ELECTROCARDIOGRAFO Y BANDA DE PRUEBA DE ESFUERZO DE LA MARCA MEDI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				INTEGRAMENTE CON LOS NIVELES DE SERVICIO REQUERIDOS, INDEPENDIEMENTE DEL DOMICILIO DEL LICITANTE, PRIVILEGIANDO ASÍ LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA, COMPETENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. EN ESTE SENTIDO, ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN DE QUE LOS LICITANTES PODRÁN PARTICIPAR CON DOMICILIO EN CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SIEMPRE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PROPORCIONEN LOS MEDIOS DE CONTACTO SOLICITADOS Y DEN CUMPLIMIENTO A TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES?	
1181145	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 REQUERIMIENTO	CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y MÁXIMA PARTICIPACIÓN DE LICITANTES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO PERMITE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR RENGLÓN (PARTIDA) Y QUE, EN CONSECUENCIA, NO SERÁ REQUISITO OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS PARA QUE UNA PROPOSICIÓN SEA CONSIDERADA SOLVENTE, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS, LEGALES Y ECONÓMICOS APLICABLES A LOS RENGLONES OFERTADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL TIPO DE ABASTECIMIENTO PARA LA PRESENTE LICITACION SERA DE UNA FUENTE DE ABASTO POR EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas hábiles para remitir por la plataforma, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas o aclaraciones realizadas por la convocante, mismas a las que se les dará contestación mediante la plataforma.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), esta acta de Junta de Aclaraciones, forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la presente acta será difundida en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:10 (nueve horas con diez minutos), del día, mes y año en que se actúa.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. MARTHA ANGELICA GALLARDO GARCIA	JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-50-GYR-050GYR002-N-161-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, VENTILADOR VOLUMETRICO, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MEDICA D, ELECTROCARDIOGRAFO Y BANDA DE PRUEBA DE ESFUERZO DE LA MARCA MEDI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. GILBERTO LOMELI NAVARRO	ÁREA DE ADQUISICIONES	
ING. JUAN MEDINA ZUÑIGA	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA REGIONAL NUMERO 5
EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ VALADEZ	AUDITOR EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA REGIONAL NUMERO 5 EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE OFICIO SABG/OICGYR/AIDI05/2562/2026	



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-50-GYR-050GYR002-N-161-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, VENTILADOR VOLUMETRICO, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MEDICA D, ELECTROCARDIOGRAFO Y BANDA DE PRUEBA DE ESFUERZO DE LA MARCA MEDI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 15:18 horas, del 28 de julio de 2026, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el cierre de la junta de aclaraciones a la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la Licitación.

El acto fue presidido por la Lic. María José Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública)

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que No se recibieron preguntas a las aclaraciones por parte de la convocante, de conformidad al artículo 44 de la Ley, a través de Compras MX.

Aclaraciones Realizadas por la Convocante: se elimina del Anexo 2 (dos), el calendario de Actualización Tecnológica programado para el HGR 180

Se informa a los licitantes que el Evento de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el **04 de agosto de 2026 a las 12:00 horas**, vía medios electrónicos.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 15:28 horas, del día, mes y año en que se actúa.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. MARTHA ANGELICA GALLARDO GARCIA	JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. GILBERTO LOMELI NAVARRO	ÁREA DE ADQUISICIONES	



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. LA-50-GYR-050GYR002-N-161-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, VENTILADOR VOLUMETRICO, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MEDICA D, ELECTROCARDIOGRAFO Y BANDA DE PRUEBA DE ESFUERZO DE LA MARCA MEDI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA REGIONAL NUMERO 5
EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ VALADEZ	AUDITOR EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL OFICINA REGIONAL NUMERO 5 EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE OFICIO SABG/OICGYR/AIDI05/2562/2026	FIRMA DE MANERA ELECTRÓNICA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIÓN ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO