ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos en punto de las nueve horas con quince minutos del día veintidós de mayo de dos mil veintiséis, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: avenida Plan de Ayala no. 1201 esq. Avenida Central, Colonia Ricardo Flores Magón, 62450 Cuernavaca, Morelos; con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, (la Ley), y 92 de su Reglamento y lo previsto en el (los) numeral(es) 3.2 y 5 de la Convocatoria a la Licitación.

El presente acto es presidido por el servidor público, Lic. Jorge Luis Luna Ham, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, y se formaliza mediante su publicación en el sistema electrónico Compras Mx, donde intervienen los funcionarios: Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, Lic. Juan Carlos Ramirez de la Vega, Auditor Adscrito a la Oficina Regional 12 del Órgano Interno de Control en el IMSS, Lic. Evelyn Ramírez Pérez, Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y la Lic. Shamira Emineth Rodriguez Valdovinos N47 Líder de Proyecto C.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 83, 88, 89 y 92 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, convocó a los licitantes interesados en participar en la presente Licitación Pública Nacional Electrónica, mediante Convocatoria **No. 07** publicada en el Diario Oficial de la Federación el **12 de mayo de 2026** y en la Plataforma Digital de Contratación Pública (Compras MX) de la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno el día **12 de mayo de 2026.**

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el servidor público que preside el acto realizo la apertura de las propuestas que fueron recibidos de manera electrónica por medios remotos de comunicación, haciendo constar lo siguiente:

Existen trece proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de Compras MX, como se muestra en 02 fojas anexa.

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía COMPRAS MX)
1	A GD MEDICAL SA DE CV
2	AMC BIOMEDICAL SA DE CV
3	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV
4	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
5	GARKEN MEDICAL SA DE CV
6	HUMAN CARE HS SA DE CV
7	INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GRUPO DILAWAR SC
8	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV
9	MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV
10	PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV
11	PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S DE RL DE CV
12	RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV
13	SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA SA DE CV

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

El órgano Interno de Control en este evento solicita se realice la revisión en tiempo real en la página de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados que los licitantes no se encuentran sancionados, para lo cual se anexan 14 fojas. Así mismo se informa que se realiza una verificación de los proveedores impedidos para contratar con el IMSS conforme al artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual se anexa 1 foja.

En primer término, se llevó a cabo la apertura de las propuestas que se recibieron a través del sistema Compras MX, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido.

De lo anterior se hace constar y se adjuntan en 70 fojas lo siguiente:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía COMPRAS MX)	EVALUACION
1	**AGD MEDICAL SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
2	**AMC BIOMEDICAL SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
3	**CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
4	**DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
5	**GARKEN MEDICAL SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
6	**HUMAN CARE HS SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
7	**INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GRUPO DILAWAR SC**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
8	**INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
9	**MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
10	**PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
11	**PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S DE RL DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
11	**RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
13	**SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA SA DE CV**	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de la Ley.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

A continuación, con fundamento en el artículo 92 séptimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexa en esta Acta, 1010 fojas de los documentos de las propuestas económicas, indicando los importes totales de la proposición, como se consigna a continuación:

NO.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRAS MX)	PARTIDA	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ANTES DE IMPUESTOS
1	AGD MEDICAL SA DE CV	1,4,5, 9,10	35400003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026	$6,414,339.66
2	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	1,4,9, 10	35400003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026	$6,933,700.00
3	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	1,4,5, 9,10	35400003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026	$7,343,000.00
4	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	9,10	35400003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026	$2,321,200.00
5	GARKEN MEDICAL SA DE CV	1,4,5, 9,10	35400003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026	$7,342,526.14
6	HUMAN CARE HS SA DE CV	1,4,5, 9,10	35400003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026	$9,262,754.25
7	INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GRUPO DILAWAR SC	1,4,5, 9,10	35400003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026	$8,093,200.00
8	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	9 Y 10	35400003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10)	$1,356,00.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

				PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026	
9	MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	9	35400003	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026**	**$1,324,000.00**
10	PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV	1,4,5, 9,10	35400003	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026**	**$8,511,000.00**
11	PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S DE RL DE CV	1,4,5, 9,10	35400003	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026**	**$8,428,408.69**
12	RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV	1,4,5, 9,10	35400003	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026**	**$7,931,800.00**
13	SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA SA DE CV	1,5,10	35400003	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026**	**$2,896,890.00**

Con fundamento en el artículo 50 de la Ley, y lo indicado en el 3.2.3 de la convocatoria a la licitación, la proposición se encuentra firmada electrónicamente por los participantes y los servidores públicos que intervienen en el acto.

De conformidad con el artículo 46 fracción II de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella se comparte al área técnica mediante correo electrónico la liga PROPUESTAS (file://CTO01158WSSERPB/Users/shamira.rodriguez/Desktop/2026/LICITACIONES/LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026%20EQUIPO%20MEDICO/PROPUESTAS)

Con la finalidad de que realice su evaluación, para emitir el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer el día **27 de mayo del 2026** a las **trece horas**, a través de la plataforma de COMPRAS MX mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

De conformidad con el artículo 92 del Reglamento de la LAASSP, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición del (los) licitante (s), copia de esta Acta en la plataforma digital de contrataciones públicas compras MX: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las doce horas con treinta minutos del día de su inicio.

Esta Acta consta de 05 fojas y 1097 anexos. Firmando autógrafamente y electrónicamente de conformidad los funcionarios presentes en el acto, (mediante firma electrónica avanzada) para los efectos legales, a través de la Plataforma Compras Mx en términos del artículo 36 de la LAASSP.

----------**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**----------

TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LIC. JORGE LUIS LUNA HAM
COORDINADOR DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD	ING. ABRAHAM JONATHAN VARELA POPOCA
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	LIC. EVELYN RAMÍREZ PÉREZ
AUDITOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL 12 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS	LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ DE LA VEGA

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: AGD MEDICAL SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

AGD MEDICAL SA DE CV Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22 / 05 / 26 /
A LAS: 10 . 00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: AMC BIOMEDICAL SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

AMC BIOMEDICAL SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

DEL SEGURO SOCIAL
O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26
A LAS: 10:00
LIC. SHAMIRA ESMERETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99068733

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

IMSS O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26
A LAS: 10:00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 98869553

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/06/26
A LAS: 10:00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRIGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99962593

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: GARKEN MEDICAL SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

GARKEN MEDICAL SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
O.C.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26/
A LAS: 10:00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99059393

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: HUMAN CARE HS SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

HUMAN CARE HS SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

IMSS O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26
A LAS: 10:00
LIC. SHAMIRA EMIRETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 98097993

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

...ARO DEL SEGURO SOCIAL
O.D.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 27/05/26
A LAS: 10.00
LIC. SHAMIRA ERINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99062583

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: DILAWAR SC

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

DILAWAR SC

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

IMSS DEL SEGURO SOCIAL
O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26
A LAS: 10 00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99052583

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

IMSS
O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26/
A LAS: 10:00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99002593

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

...NO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26
A LAS: 10:00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99002533

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26
A LAS: 10 : 00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99062583

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S DE RL DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Selecciane al proveedor y contratista

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S DE RL DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

...CANO DEL SEGURO SOCIAL
O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26
A LAS: 10:00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRIGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99063593

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26/
A LAS: 10 : 00
LIC. SHAMIRA EMINETH RODRIGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRACCIÓN DE SERVICIOS
MAT. N6062693

Información

No existen proveedores con esta búsqueda: SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA SA DE CV

Directorio de Proveedores y Contratist

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista **Tipo de Sanción:** Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0 « ‹ › »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

...O DEL SEGURO SOCIAL
IMSS
O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26
A LAS: 10:00
LIC. SHAMIRA ENINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99062593

Reporte de impedidos

22/may/2026 09:49

Nombre o Razón social	RFC	País	Impedido contratar con	Periodo del impedimento en inicio-término	Plazo (año, meses días)	En materia de	Fracción	Estatus
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	LFC1106205B4	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	14/05/2026 00:0014/05/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 71	III	ACTIVO
BIOSISTEMAS Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	BSP091210BA1	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	07/05/2026 00:0007/05/2028 00:00	2-0-0	LAASSP 71	IV	ACTIVO
GARTNER MEXICO S DE RL DE CV	GME0106121N5	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	06/05/2026 00:0006/05/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 71	XIV	ACTIVO
TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TSB181106K28	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	25/03/2026 00:0025/03/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
SEITONYC SA DE CV	SEI170407Q52	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	23/03/2026 00:0023/03/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
ENCORE HEALTH S A P I DE CV	EHE140210VA5	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11/03/2026 00:0011/03/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	IEM070524BS2	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	30/01/2026 00:0030/01/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
SEITONYC SA DE CV	SEI170407Q62	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24/11/2025 00:0024/11/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
PREVENCION Y SOLUCIONES K-9 SA DE CV	PSK190708KG3	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	30/10/2025 00:0030/10/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
COMERCIALIZADORA DICLINSA SA DE CV	CDI091016G58	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	29/10/2025 00:0029/10/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CONTROLADORA MEDIKA SA DE CV	CME1210038J9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	15/10/2025 00:0015/10/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
CONSULTORES EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAI	CSO0205212C3	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/09/2025 00:0012/09/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA DEL SURESTE SA I	COS090320TP9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	20/08/2025 00:0020/08/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
SEGURIDAD PRIVADA IVACON SA DE CV	SPI1809208X5	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:0018/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CORMAGO SA DE CV	COR161216CZ4	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:0018/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
SEGURIDAD PRIVADA IVACON SA DE CV	SPI1809208X5	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:0018/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE SA DE CV	SEA940302HL5	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:0018/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS D	GIR061019N71	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:0018/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
P C&B FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS SA DE CV	PCF120321AR3	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:0018/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
JORGE ISAAC SANCHEZ MALDA	SAMJ7407174Y7	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:0018/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CORMAGO SA DE CV	COR151216CZ4	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:0018/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
P C&B FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS SA DE CV	PCF120321AR3	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:0018/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJIO SA DE CV	PMB081125TC9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/08/2025 00:0012/08/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
IMPULSORA DE MATERIAL HOSPITALARIO SA DE CV	IMH090303484	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/06/2025 00:0026/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	SMO080806B65	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/06/2025 00:0026/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
LABORATORIOS LE ROY SA DE CV	LLR8305119Y9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/06/2025 00:0026/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/06/2025 00:0026/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
STAR ALAI S A P I DE CV	SAL130621SE6	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	25/06/2025 00:0025/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
VITAE LABORATORIOS SA DE CV	VLA730123EB0	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	25/06/2025 00:0025/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TSB181106K28	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19/06/2025 00:0019/06/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
O.O.A.D. MORELOS
SE REALIZO CONSULTA EL 22/05/26
A LAS: 10 : 00
C. SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
JEFA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. 99089593

LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 22 de mayo de 2026 a las 09:22

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2026-00042959**
Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	AGD MEDICAL SA DE CV	14 de mayo de 2026 a las 14:12	21 de mayo de 2026 a las 21:00	22 de mayo de 2026 a las 09:17	Electrónica
2	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	13 de mayo de 2026 a las 12:24	21 de mayo de 2026 a las 22:52	22 de mayo de 2026 a las 09:17	Electrónica
3	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	14 de mayo de 2026 a las 10:15	21 de mayo de 2026 a las 21:09	22 de mayo de 2026 a las 09:17	Electrónica
4	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	13 de mayo de 2026 a las 13:14	21 de mayo de 2026 a las 23:37	22 de mayo de 2026 a las 09:17	Electrónica
5	GARKEN MEDICAL SA DE CV	13 de mayo de 2026 a las 09:14	22 de mayo de 2026 a las 00:21	22 de mayo de 2026 a las 09:17	Electrónica
6	HUMAN CARE HS SA DE CV	19 de mayo de 2026 a las 15:47	22 de mayo de 2026 a las 09:06	22 de mayo de 2026 a las 09:18	Electrónica
7	INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV	15 de mayo de 2026 a las 08:28	22 de mayo de 2026 a las 08:53	22 de mayo de 2026 a las 09:18	Electrónica

8	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	13 de mayo de 2026 a las 09:22	22 de mayo de 2026 a las 05:24	22 de mayo de 2026 a las 09:18	Electrónica
9	MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	13 de mayo de 2026 a las 12:01	22 de mayo de 2026 a las 01:24	22 de mayo de 2026 a las 09:18	Electrónica
10	PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV	13 de mayo de 2026 a las 13:05	21 de mayo de 2026 a las 19:53	22 de mayo de 2026 a las 09:18	Electrónica
11	PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S DE RL DE CV	13 de mayo de 2026 a las 19:28	22 de mayo de 2026 a las 01:17	22 de mayo de 2026 a las 09:18	Electrónica
12	RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV	13 de mayo de 2026 a las 10:47	22 de mayo de 2026 a las 07:19	22 de mayo de 2026 a las 09:18	Electrónica
13	SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA SA DE CV	13 de mayo de 2026 a las 12:59	22 de mayo de 2026 a las 07:07	22 de mayo de 2026 a las 09:18	Electrónica

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 21 de mayo de 2026 a las 21:00

Nombre o Razón Social: AGD MEDICAL SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratacion: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 1070

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	2 2025 AGD.pdf, 1 2025 AGD.pdf, 5 2025 AGD.pdf, 3 2025 AGD.pdf, 6 2025 AGD.pdf, 10 2024 AGD.pdf, 1AXO3FACULT.pdf, 9 2024 AGD.pdf, 7 2025 AGD.pdf, 4 2025 AGD.pdf, 1INEANIBAL.pdf, 1RFC.PDF, 8 2024 AGD.pdf	103.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:38
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	21AXO15.pdf, 16 2023 AGD.pdf, 24 2021 AGD.pdf, 12 2024 AGD.pdf, 23 2021 AGD.pdf, 15 2023 AGD.pdf, 27 2020 AGD.pdf, 21 2021 AGD.pdf, 26 2020 AGD.pdf, 14 2023 AGD.pdf, 11 2024 AGD.pdf, 13 2023 AGD.pdf, 20 2022 AGD.pdf, 18 2022 AGD.pdf, 17 2022 AGD.pdf, 29 2020 AGD.pdf, 25 2021 AGD.pdf, 28 2020 AGD.pdf, 22 2021 AGD.pdf, CORREO.pdf, 19 2022 AGD.pdf	146.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:40
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE	49 2016 AGD.pdf, 42 2017 AGD.pdf, 41 2017 AGD.pdf, 36 2018 AGD.pdf, 47 2016 AGD.pdf, 45 2017 AGD.pdf, 34 2019 AGD.pdf, 40 2018 AGD.pdf, 35 2019 AGD.pdf, 31 2019 AGD.pdf, 37 2018 AGD.pdf, 2AXO5.pdf, 43 2017 AGD.pdf, 39	124.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:43

ARTÍCULOS 71 Y 96 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	AGD.pdf, 2ANOS.pdf, 45 2017 AGD.pdf, 33 2018 AGD.pdf, 32 2019 AGD.pdf, 38 2018 AGD.pdf, 30 2020 AGD.pdf, 48 2016 AGD.pdf, 33 2019 AGD.pdf, 46 2016 AGD.pdf, 44 2017 AGD.pdf, 50 2016 AGD.pdf, RELCONTR.pdf	124.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:45
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	ORIENTE (53).pdf, 4.pdf, 5.pdf, ORIENTE (60).pdf, 36.pdf, 24.pdf, ORIENTE (65).pdf, 12.pdf, ORIENTE (72).pdf, ORIENTE (59).pdf, ORIENTE (50).pdf, 00 Libro1.pdf, 20.pdf, 42.pdf, 33.pdf, 38.pdf, 29.pdf, ORIENTE (57).pdf, ORIENTE (75).pdf, ORIENTE (54).pdf, 35.pdf, 1.pdf, 2.pdf, ORIENTE (48).pdf, 16.pdf, ORIENTE (56).pdf, ORIENTE (80).pdf, 19.pdf, ORIENTE (66).pdf, ORIENTE (52).pdf, 9.pdf, ORIENTE (73).pdf, ORIENTE (69).pdf, ORIENTE (47).pdf, ORIENTE (77).pdf, 41.pdf, 31.pdf, 22.pdf, ORIENTE (76).pdf, 39.pdf, 45.pdf, ORIENTE (49).pdf, ORIENTE (67).pdf, 7.pdf, 28.pdf, ORIENTE (70).pdf, 25.pdf, ORIENTE (58).pdf, ORIENTE (61).pdf, ORIENTE (78).pdf, 6.pdf, 24AXO4.pdf, 15.pdf, 40.pdf, ORIENTE (79).pdf, ORIENTE (74).pdf, 14.pdf, 44.pdf, 43.pdf, ORIENTE (68).pdf, 10.pdf, ORIENTE (71).pdf, 46.pdf, 11.pdf, ORIENTE (51).pdf, ORIENTE (64).pdf, ORIENTE (62).pdf, 17.pdf, 3.pdf, 8.pdf, 18.pdf, 13.pdf, ORIENTE (55).pdf, 34.pdf, 30.pdf, ORIENTE (63).pdf, 21.pdf, 32.pdf, 23.pdf, 27.pdf, 37.pdf, 26.pdf	126.9 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:48
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	ORIENTE (148).pdf, ORIENTE (153).pdf, ORIENTE (138).pdf, ORIENTE (103).pdf, ORIENTE (92).pdf, ORIENTE (152).pdf, ORIENTE (95).pdf, ORIENTE (81).pdf, ORIENTE (100).pdf, ORIENTE (98).pdf, ORIENTE (130).pdf, ORIENTE (119).pdf, ORIENTE (90).pdf, ORIENTE (124).pdf, ORIENTE (127).pdf, ORIENTE (147).pdf, ORIENTE (99).pdf, ORIENTE (105).pdf, ORIENTE (133).pdf, 6repAcuse.pdf, ORIENTE (140).pdf, ORIENTE (122).pdf, ORIENTE (113).pdf, ORIENTE (91).pdf, ORIENTE (137).pdf, ORIENTE (96).pdf, ORIENTE (114).pdf, ORIENTE (111).pdf, ORIENTE (94).pdf, ORIENTE (109).pdf, ORIENTE (97).pdf, ORIENTE (144).pdf, ORIENTE (135).pdf, ORIENTE (120).pdf, ORIENTE (129).pdf, ORIENTE (104).pdf, ORIENTE (142).pdf, ORIENTE (112).pdf, ORIENTE (128).pdf, ORIENTE (84).pdf, ORIENTE (107).pdf, ORIENTE (121).pdf, ORIENTE (93).pdf, ORIENTE (143).pdf, ORIENTE (125).pdf, ORIENTE (123).pdf, ORIENTE (115).pdf, ORIENTE (83).pdf, ORIENTE (141).pdf, ORIENTE (131).pdf, ORIENTE (117).pdf, ORIENTE (87).pdf, 6MANIFIESTOS.pdf, ORIENTE (126).pdf, ORIENTE (151).pdf, ORIENTE (101).pdf, ORIENTE (102).pdf, ORIENTE (116).pdf, ORIENTE (136).pdf, ORIENTE (154).pdf, ORIENTE (149).pdf, ORIENTE (139).pdf, ORIENTE (150).pdf, ORIENTE (145).pdf, ORIENTE (110).pdf, ORIENTE (132).pdf, ORIENTE (88).pdf, ORIENTE (82).pdf, ORIENTE (108).pdf, ORIENTE (86).pdf, ORIENTE (89).pdf, ORIENTE (118).pdf, 6remMan.pdf, ORIENTE (134).pdf, ORIENTE (146).pdf, ORIENTE (85).pdf, ORIENTE (106).pdf	140.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:51
	ORIENTE (162).pdf, ORIENTE (160).pdf, ORIENTE (231).pdf, ORIENTE (211).pdf, ORIENTE (171).pdf, ORIENTE (161).pdf, ORIENTE (173).pdf, ORIENTE (232).pdf, ORIENTE (190).pdf, ORIENTE (218).pdf, ORIENTE (219).pdf, ORIENTE (209).pdf, ORIENTE (181).pdf, ORIENTE (220).pdf		





MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	ORIENTE (222).pdf, ORIENTE (188).pdf, ORIENTE (230).pdf, ORIENTE (156).pdf, ORIENTE (185).pdf, ORIENTE (164).pdf, ORIENTE (226).pdf, ORIENTE (178).pdf, ORIENTE (208).pdf, ORIENTE (205).pdf, ORIENTE (167).pdf, ORIENTE (214).pdf, ORIENTE (174).pdf, ORIENTE (224).pdf, ORIENTE (177).PDF, ORIENTE (202).pdf, ORIENTE (201).PDF, ORIENTE (215).pdf, ORIENTE (192).pdf, ORIENTE (195).pdf, ORIENTE (204).pdf, ORIENTE (159).pdf, ORIENTE (166).pdf, ORIENTE (216).pdf, ORIENTE (233).pdf, ORIENTE (172).pdf, ORIENTE (157).pdf, ORIENTE (158).pdf, ORIENTE (168).pdf, ORIENTE (165).pdf, ORIENTE (199).pdf, ORIENTE (194).pdf, ORIENTE (180).PDF, ORIENTE (163).pdf, ORIENTE (210).pdf, ORIENTE (175).pdf, ORIENTE (182).pdf, ORIENTE (169).pdf, MANIFIESTOS.pdf, ORIENTE (223).pdf, ORIENTE (193).pdf, ORIENTE (197).pdf, ORIENTE (186).pdf, ORIENTE (212).pdf, ORIENTE (191).pdf, ORIENTE (155).pdf, ORIENTE (179).pdf, ORIENTE (196).pdf, ORIENTE (228).pdf, ORIENTE (227).pdf, ORIENTE (198).pdf, ORIENTE (183).pdf, ORIENTE (225).pdf, ORIENTE (229).pdf, ORIENTE (187).pdf, ORIENTE (207).pdf, ORIENTE (213).pdf, ORIENTE (221).pdf, ORIENTE (170).pdf, ORIENTE (189).pdf, ORIENTE (184).pdf, ORIENTE (176).pdf, ORIENTE (206).pdf, ORIENTE (200).pdf, ORIENTE (203).pdf, ORIENTE (217).pdf	148.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:53
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	ORIENTE (239).pdf, ORIENTE (265).pdf, ORIENTE (234).pdf, ORIENTE (279).pdf, ORIENTE (275).pdf, ORIENTE (251).pdf, ORIENTE (301).pdf, ORIENTE (254).pdf, ORIENTE (294).pdf, ORIENTE (267).pdf, ORIENTE (299).pdf, ORIENTE (253).pdf, ORIENTE (273).pdf, MANIFIESTOS.pdf, ORIENTE (288).pdf, ORIENTE (270).pdf, ORIENTE (295).pdf, ORIENTE (296).pdf, ORIENTE (261).pdf, ORIENTE (298).pdf, ORIENTE (246).pdf, ORIENTE (302).pdf, ORIENTE (271).pdf, ORIENTE (285).pdf, ORIENTE (256).pdf, ORIENTE (282).pdf, ORIENTE (259).pdf, ORIENTE (235).pdf, ORIENTE (287).pdf, ORIENTE (269).pdf, ORIENTE (255).pdf, ORIENTE (291).pdf, ORIENTE (293).pdf, ORIENTE (236).pdf, ORIENTE (252).pdf, ORIENTE (245).pdf, ORIENTE (238).pdf, ORIENTE (274).pdf, ORIENTE (303).pdf, ORIENTE (297).pdf, ORIENTE (289).pdf, ORIENTE (272).pdf, ORIENTE (258).pdf, ORIENTE (281).pdf, ORIENTE (242).pdf, ORIENTE (240).pdf, ORIENTE (280).pdf, ORIENTE (278).pdf, ORIENTE (250).pdf, ORIENTE (249).pdf, ORIENTE (266).pdf, ORIENTE (290).pdf, ORIENTE (262).pdf, ORIENTE (260).pdf, ORIENTE (237).pdf, ORIENTE (244).pdf, ORIENTE (283).pdf, ORIENTE (300).pdf, ORIENTE (248).pdf, ORIENTE (264).pdf, ORIENTE (292).pdf, ORIENTE (276).pdf, ORIENTE (243).pdf, ORIENTE (263).pdf, ORIENTE (268).pdf, ORIENTE (277).pdf, ORIENTE (284).pdf, ORIENTE (257).pdf, ORIENTE (247).pdf, ORIENTE (286).pdf, ORIENTE (241).pdf	149.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:55
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE	ORIENTE (340).pdf, ORIENTE (317).pdf, ORIENTE (309).pdf, ORIENTE (331).pdf, ORIENTE (313).pdf, ORIENTE (316).pdf, ORIENTE (329).pdf, ORIENTE (315).pdf, ORIENTE (325).pdf, ORIENTE (307).pdf, ORIENTE (305).pdf, ORIENTE (341).pdf, ORIENTE (306).pdf, ORIENTE (320).pdf, ORIENTE (336).pdf, ORIENTE (334).pdf,		

DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	ORIENTE (319).pdf, ORIENTE (339).pdf, ORIENTE (323).pdf, ORIENTE (312).pdf, ORIENTE (324).pdf, ORIENTE (338).pdf, ORIENTE (330).pdf, ORIENTE (328).pdf, ORIENTE (342).pdf, ORIENTE (304).pdf, ORIENTE (333).pdf, ORIENTE (326).pdf, ORIENTE (311).pdf, ORIENTE (332).pdf, ORIENTE (306).pdf, ORIENTE (321).pdf, ORIENTE (310).pdf, ORIENTE (318).pdf, 4AXO7Y7BIS.pdf, ORIENTE (322).pdf, ORIENTE (337).pdf, ORIENTE (314).pdf, ORIENTE (327).pdf, ORIENTE (343).pdf, ORIENTE (335).pdf	149.7 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:57
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	ORIENTE (366).pdf, ORIENTE (365).pdf, ORIENTE (350).pdf, ORIENTE (400).pdf, ORIENTE (403).pdf, ORIENTE (368).pdf, ORIENTE (349).pdf, ORIENTE (405).pdf, ORIENTE (401).pdf, ORIENTE (346).pdf, ORIENTE (360).pdf, ORIENTE (385).pdf, ORIENTE (374).pdf, ORIENTE (392).pdf, ORIENTE (359).pdf, ORIENTE (347).pdf, ORIENTE (376).pdf, ORIENTE (370).pdf, ORIENTE (390).pdf, ORIENTE (406).pdf, ORIENTE (369).pdf, ORIENTE (391).pdf, ORIENTE (363).pdf, ORIENTE (372).pdf, ORIENTE (352).pdf, ORIENTE (344).pdf, ORIENTE (383).pdf, 5NOPRESENTADA.pdf, ORIENTE (404).pdf, ORIENTE (393).pdf, ORIENTE (367).pdf, ORIENTE (362).pdf, ORIENTE (345).pdf, ORIENTE (402).pdf, ORIENTE (395).pdf, ORIENTE (398).pdf, ORIENTE (384).pdf, ORIENTE (354).pdf, ORIENTE (351).pdf, ORIENTE (388).pdf, ORIENTE (377).pdf, ORIENTE (361).pdf, ORIENTE (386).pdf, ORIENTE (348).pdf, ORIENTE (375).pdf, ORIENTE (387).pdf, ORIENTE (358).pdf, ORIENTE (364).pdf, ORIENTE (407).pdf, ORIENTE (380).pdf, ORIENTE (373).pdf, ORIENTE (397).pdf, ORIENTE (355).pdf, ORIENTE (379).pdf, ORIENTE (381).pdf, ORIENTE (396).pdf, ORIENTE (353).pdf, ORIENTE (357).pdf, ORIENTE (382).pdf, ORIENTE (378).pdf, ORIENTE (371).pdf, ORIENTE (356).pdf, ORIENTE (389).pdf, ORIENTE (399).pdf, ORIENTE (394).pdf	145.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:00
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.	ORIENTE (412).pdf, ORIENTE (418).pdf, ORIENTE (422).pdf, ORIENTE (429).pdf, ORIENTE (408).pdf, ORIENTE (433).pdf, ORIENTE (424).pdf, ORIENTE (440).pdf, ORIENTE (441).pdf, ORIENTE (436).pdf, ORIENTE (419).pdf, ORIENTE (426).pdf, ORIENTE (435).pdf, 6remMan.pdf, ORIENTE (411).pdf, ORIENTE (415).pdf, 6repAcuse.pdf, ORIENTE (438).pdf, ORIENTE (442).pdf, ORIENTE (416).pdf, ORIENTE (420).pdf, ORIENTE (430).pdf, ORIENTE (427).pdf, ORIENTE (431).pdf, ORIENTE (413).pdf, ORIENTE (432).pdf, ORIENTE (423).pdf, ORIENTE (417).pdf, ORIENTE (414).pdf, ORIENTE (409).pdf, ORIENTE (421).pdf, ORIENTE (443).pdf, ORIENTE (425).pdf, ORIENTE (439).pdf, ORIENTE (410).pdf, ORIENTE (428).pdf, ORIENTE (434).pdf	146.9 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:05
	7NODESEMPE.pdf, ORIENTE (451).pdf, 14OPISAT.pdf, ORIENTE (461).pdf, ORIENTE (488).pdf, ORIENTE (487).pdf		

A)B)C)D)E)F)G)H)I)	ORIENTE (471).pdf, ORIENTE (486).pdf, ORIENTE (490).pdf, ORIENTE (489).pdf, ORIENTE (485).pdf, ORIENTE (462).pdf, 17NOSUBCONT.pdf, ORIENTE (494).pdf, 8ACTACONS.PDF, ORIENTE (475).pdf, ORIENTE (496).pdf, 12ALTAIMSS.pdf, ORIENTE (492).pdf, ORIENTE (469).pdf, 11CSF.pdf, 9PODER.PDF, ORIENTE (445).pdf, ORIENTE (498).pdf, 16OPIINFO.pdf, 15OPIIMSS.pdf, ORIENTE (493).pdf, ORIENTE (464).pdf, ORIENTE (501).pdf, ORIENTE (495).pdf, ORIENTE (454).pdf, ORIENTE (499).pdf, ORIENTE (456).pdf, ORIENTE (449).pdf, ORIENTE (472).pdf, ORIENTE (491).pdf, 10INEANIBAL.pdf, ORIENTE (446).pdf, ORIENTE (447).pdf, ORIENTE (500).pdf, ORIENTE (455).pdf, ORIENTE (479).pdf, ORIENTE (463).pdf, ORIENTE (459).pdf, ORIENTE (481).pdf, ORIENTE (457).pdf, ORIENTE (477).pdf, ORIENTE (497).pdf, ORIENTE (444).pdf, 12TP.pdf, ORIENTE (450).pdf, ORIENTE (478).pdf, ORIENTE (466).pdf, ORIENTE (458).pdf, ORIENTE (474).pdf, ORIENTE (473).pdf, ORIENTE (480).pdf, 13TELMEX.pdf, ORIENTE (453).pdf, ORIENTE (452).pdf, ORIENTE (470).pdf, ORIENTE (448).pdf, ORIENTE (463).pdf, ORIENTE (465).pdf, ORIENTE (467).pdf	163.7 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:10
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	ORIENTE (530).pdf, ORIENTE (547).pdf, ORIENTE (515).pdf, ORIENTE (545).pdf, ORIENTE (546).pdf, ORIENTE (523).PDF, ORIENTE (529).pdf, ORIENTE (524).PDF, ORIENTE (543).pdf, ORIENTE (533).pdf, ORIENTE (507).pdf, ORIENTE (536).pdf, ORIENTE (509).pdf, ORIENTE (511).pdf, ORIENTE (531).pdf, ORIENTE (537).pdf, ORIENTE (513).pdf, ORIENTE (542).pdf, ORIENTE (551).pdf, ORIENTE (512).pdf, 21AXO15.pdf, ORIENTE (527).pdf, ORIENTE (503).pdf, ORIENTE (522).pdf, ORIENTE (528).pdf, ORIENTE (539).pdf, ORIENTE (505).pdf, ORIENTE (520).pdf, ORIENTE (532).pdf, ORIENTE (514).pdf, ORIENTE (549).pdf, ORIENTE (544).pdf, ORIENTE (535).pdf, ORIENTE (534).pdf, ORIENTE (521).pdf, ORIENTE (517).pdf, ORIENTE (525).pdf, ORIENTE (510).pdf, ORIENTE (508).pdf, ORIENTE (526).pdf, ORIENTE (504).pdf, ORIENTE (502).pdf, ORIENTE (540).pdf, ORIENTE (538).pdf	147.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:12
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	ORIENTE (582).pdf, ORIENTE (600).pdf, ORIENTE (576).pdf, ORIENTE (556).pdf, ORIENTE (579).pdf, ORIENTE (578).pdf, ORIENTE (597).pdf, ORIENTE (596).pdf, ORIENTE (555).pdf, ORIENTE (564).pdf, ORIENTE (575).pdf, ORIENTE (599).pdf, ORIENTE (592).pdf, ORIENTE (595).pdf, ORIENTE (559).pdf, ORIENTE (577).pdf, ORIENTE (588).pdf, ORIENTE (587).pdf, ORIENTE (565).pdf, ORIENTE (581).pdf, ORIENTE (554).pdf, ORIENTE (570).pdf, ORIENTE (560).pdf, ORIENTE (583).pdf, ORIENTE (591).pdf, 22AXO16.pdf, ORIENTE (568).pdf, ORIENTE (572).pdf, ORIENTE (584).pdf, ORIENTE (590).pdf, ORIENTE (558).pdf, ORIENTE (589).pdf, ORIENTE (574).pdf, ORIENTE (567).pdf, ORIENTE (553).pdf, ORIENTE (573).pdf, ORIENTE (571).pdf, ORIENTE (585).pdf, ORIENTE (586).pdf, ORIENTE (562).pdf, ORIENTE (561).pdf, ORIENTE (563).pdf, ORIENTE (566).pdf, ORIENTE (580).pdf	146.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:16
	ORIENTE (622).pdf, ORIENTE (653).pdf, ORIENTE (649).pdf, ORIENTE (641).pdf,		

ACTA CONSTITUTIVA	ORIENTE (640).pdf, ORIENTE (699).pdf, ORIENTE (638).pdf, ORIENTE (646).pdf, ORIENTE (601).pdf, ORIENTE (615).pdf, ORIENTE (643).pdf, ORIENTE (628).pdf, ORIENTE (603).pdf, ORIENTE (677).pdf, ORIENTE (663).pdf, ORIENTE (687).pdf, ORIENTE (660).pdf, ORIENTE (623).pdf, ORIENTE (665).pdf, ORIENTE (684).pdf, ORIENTE (625).pdf, ORIENTE (683).pdf, ORIENTE (624).pdf, ORIENTE (694).pdf, ORIENTE (629).pdf, ORIENTE (702).pdf, ORIENTE (614).pdf, ORIENTE (633).pdf, ORIENTE (705).pdf, ORIENTE (672).pdf, ORIENTE (610).pdf, ORIENTE (678).PDF, ORIENTE (636).pdf, ORIENTE (697).pdf, ORIENTE (689).pdf, ORIENTE (655).pdf, ORIENTE (667).pdf, ORIENTE (685).pdf, ORIENTE (606).pdf, ORIENTE (703).pdf, ORIENTE (700).pdf, ORIENTE (609).pdf, ORIENTE (690).pdf, ORIENTE (607).pdf, ORIENTE (688).pdf, ORIENTE (650).pdf, ORIENTE (670).pdf, ORIENTE (647).pdf, ORIENTE (620).pdf, ORIENTE (654).pdf, ORIENTE (626).pdf, ORIENTE (648).pdf, ORIENTE (639).pdf, ORIENTE (668).pdf, ORIENTE (605).pdf, ORIENTE (635).pdf, ORIENTE (693).pdf, ORIENTE (679).pdf, 8ACTACONS.PDF, ORIENTE (656).pdf, ORIENTE (632).pdf, ORIENTE (662).pdf, ORIENTE (644).pdf, ORIENTE (608).pdf, ORIENTE (669).pdf, ORIENTE (691).pdf, ORIENTE (645).pdf, ORIENTE (692).pdf, ORIENTE (619).pdf, ORIENTE (661).pdf, ORIENTE (651).pdf, ORIENTE (676).PDF, ORIENTE (634).pdf, ORIENTE (704).pdf, ORIENTE (701).pdf, ORIENTE (682).pdf, ORIENTE (637).pdf, ORIENTE (642).pdf, ORIENTE (675).pdf, ORIENTE (686).pdf, ORIENTE (617).pdf, ORIENTE (657).pdf, ORIENTE (627).pdf, ORIENTE (666).pdf, ORIENTE (673).pdf, ORIENTE (618).pdf, ORIENTE (698).pdf, ORIENTE (658).pdf, ORIENTE (659).pdf, ORIENTE (664).pdf, ORIENTE (652).pdf, ORIENTE (621).pdf, ORIENTE (671).pdf	154.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:23
PODER NOTARIAL	ORIENTE (757).pdf, ORIENTE (751).pdf, ORIENTE (743).pdf, ORIENTE (754).pdf, ORIENTE (752).pdf, ORIENTE (711).pdf, ORIENTE (760).pdf, ORIENTE (733).pdf, ORIENTE (731).pdf, ORIENTE (736).pdf, ORIENTE (726).pdf, ORIENTE (740).pdf, ORIENTE (775).pdf, ORIENTE (764).pdf, ORIENTE (713).pdf, ORIENTE (730).pdf, ORIENTE (745).pdf, ORIENTE (758).pdf, ORIENTE (728).pdf, ORIENTE (719).pdf, ORIENTE (742).pdf, ORIENTE (710).pdf, ORIENTE (750).pdf, ORIENTE (767).pdf, ORIENTE (778).pdf, ORIENTE (734).pdf, ORIENTE (732).pdf, ORIENTE (770).pdf, ORIENTE (718).pdf, ORIENTE (765).pdf, ORIENTE (744).pdf, ORIENTE (747).pdf, ORIENTE (759).pdf, ORIENTE (729).pdf, ORIENTE (721).pdf, ORIENTE (738).pdf, ORIENTE (739).pdf, ORIENTE (777).pdf, ORIENTE (709).pdf, ORIENTE (774).pdf, ORIENTE (746).pdf, ORIENTE (771).pdf, ORIENTE (772).pdf, ORIENTE (715).pdf, ORIENTE (753).pdf, ORIENTE (741).pdf, ORIENTE (768).pdf, ORIENTE (723).pdf, ORIENTE (714).pdf, ORIENTE (720).pdf, ORIENTE (735).pdf, ORIENTE (773).pdf, ORIENTE (716).pdf, ORIENTE (776).pdf, ORIENTE (722).pdf, ORIENTE (766).pdf, ORIENTE (725).pdf, ORIENTE (749).pdf, ORIENTE (707).pdf, ORIENTE (769).pdf, ORIENTE (755).pdf, 9PODER.PDF, ORIENTE (761).pdf, ORIENTE (712).pdf	152.7 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:26

ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	ORIENTE (865).pdf, ORIENTE (793).pdf, ORIENTE (813).pdf, ORIENTE (653).pdf, ORIENTE (794).pdf, ORIENTE (851).pdf, ORIENTE (842).pdf, ORIENTE (861).pdf, ORIENTE (834).pdf, ORIENTE (792).pdf, ORIENTE (807).pdf, ORIENTE (841).pdf, ORIENTE (863).pdf, ORIENTE (798).pdf, ORIENTE (782).pdf, ORIENTE (787).pdf, ORIENTE (779).pdf, ORIENTE (833).pdf, ORIENTE (791).pdf, ORIENTE (845).pdf, ORIENTE (850).pdf, ORIENTE (812).pdf, ORIENTE (795).pdf, ORIENTE (847).pdf, ORIENTE (832).pdf, ORIENTE (806).pdf, ORIENTE (829).pdf, ORIENTE (837).pdf, ORIENTE (848).pdf, ORIENTE (796).pdf, ORIENTE (815).pdf, ORIENTE (821).pdf, ORIENTE (785).pdf, ORIENTE (843).pdf, ORIENTE (811).pdf, ORIENTE (846).pdf, ORIENTE (781).pdf, ORIENTE (840).pdf, ORIENTE (854).pdf, ORIENTE (835).pdf, ORIENTE (852).pdf, ORIENTE (862).pdf, ORIENTE (818).pdf, ORIENTE (860).pdf, ORIENTE (780).pdf, ORIENTE (822).pdf, ORIENTE (820).pdf, ORIENTE (826).pdf, ORIENTE (819).pdf, ORIENTE (636).pdf, ORIENTE (859).pdf, ORIENTE (809).pdf, ORIENTE (816).pdf, ORIENTE (799).pdf, ORIENTE (817).pdf, ORIENTE (800).pdf, ORIENTE (826).pdf, 18AXO10.pdf, ORIENTE (849).pdf, ORIENTE (784).pdf, ORIENTE (864).PDF, ORIENTE (856).pdf, ORIENTE (801).pdf, ORIENTE (830).pdf, ORIENTE (803).pdf, ORIENTE (824).pdf	147.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:31
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	ORIENTE (690).pdf, ORIENTE (906).PDF, ORIENTE (898).pdf, ORIENTE (897).pdf, 19JA.pdf, ORIENTE (876).pdf, ORIENTE (894).pdf, ORIENTE (879).pdf, ORIENTE (696).pdf, ORIENTE (870).pdf, ORIENTE (901).pdf, ORIENTE (892).pdf, ORIENTE (868).pdf, ORIENTE (910).pdf, ORIENTE (895).pdf, ORIENTE (691).pdf, ORIENTE (902).pdf, ORIENTE (873).pdf, ORIENTE (872).pdf, ORIENTE (869).pdf, ORIENTE (887).pdf, ORIENTE (875).pdf, ORIENTE (893).pdf, ORIENTE (882).pdf, ORIENTE (877).pdf, 19AXO11.pdf, ORIENTE (905).pdf, ORIENTE (880).pdf, ORIENTE (900).pdf, ORIENTE (888).pdf, ORIENTE (903).pdf, 19JA.docx, ORIENTE (899).pdf, ORIENTE (866).pdf, ORIENTE (878).pdf, ORIENTE (885).pdf, ORIENTE (874).pdf, ORIENTE (871).pdf, ORIENTE (889).pdf, ORIENTE (881).pdf, ORIENTE (904).pdf, ORIENTE (908).pdf, 19JA-1.pdf, ORIENTE (864).pdf, ORIENTE (867).pdf, ORIENTE (883).pdf, ORIENTE (907).pdf	156.7 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:33
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	ORIENTE (942).pdf, ORIENTE (921).pdf, ORIENTE (980).pdf, ORIENTE (948).pdf, ORIENTE (967).pdf, ORIENTE (925).pdf, ORIENTE (965).PDF, ORIENTE (968).pdf, ORIENTE (936).pdf, ORIENTE (950).pdf, ORIENTE (923).pdf, ORIENTE (928).pdf, ORIENTE (940).pdf, ORIENTE (947).pdf, ORIENTE (954).pdf, ORIENTE (979).pdf, ORIENTE (958).pdf, ORIENTE (973).PDF, ORIENTE (949).pdf, ORIENTE (911).pdf, ORIENTE (963).pdf, ORIENTE (920).pdf, ORIENTE (959).pdf, ORIENTE (929).pdf, ORIENTE (946).pdf, ORIENTE (933).pdf, ORIENTE (945).pdf, ORIENTE (931).pdf, ORIENTE (976).pdf, ORIENTE (960).pdf, ORIENTE (912).pdf, ORIENTE (917).pdf, ORIENTE (963).pdf, 20NOAPLICA.pdf, ORIENTE (951).pdf, ORIENTE (971).pdf, ORIENTE (984).pdf, ORIENTE (913).pdf, ORIENTE (962).pdf, ORIENTE (961).pdf, ORIENTE (916).pdf, ORIENTE (953).pdf, ORIENTE (957).pdf, ORIENTE (956).pdf,	130.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:37

	ORIENTE (919).pdf, 20AXO13.pdf, ORIENTE (943).pdf, ORIENTE (981).pdf, ORIENTE (935).pdf, ORIENTE (985).pdf, ORIENTE (934).pdf, ORIENTE (955).pdf, ORIENTE (937).pdf, ORIENTE (932).pdf, ORIENTE (966).PDF, ORIENTE (938).pdf, ORIENTE (924).pdf, ORIENTE (974).pdf, ORIENTE (939).pdf, ORIENTE (914).pdf, ORIENTE (926).pdf, ORIENTE (970).pdf, ORIENTE (915).pdf, ORIENTE (927).pdf, ORIENTE (918).pdf, ORIENTE (987).pdf		
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	22AXO16.pdf	291.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:38
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	7NODESEMPE.pdf, FACTAUTOS.pdf, EQUIPOMEDI.pdf, 11CSF.pdf, 1INEANIBAL.pdf, NORMAS.pdf, ISO.pdf, DISCAPACIDAD.pdf, REPIIMSS.pdf, 3AXO6.pdf, 13TELMEX.pdf, NACIONALIDAD.pdf, 21AXO15.pdf, 17NOSUBCONT.pdf, CORREO.pdf, 5NOPRESENTADA.pdf, ORGANIG.PDF, 1AXO3FACULT.pdf, CEDULAS.pdf, ACTIVIPERS.pdf, DIAGRAMA.PDF, OBJETIVOS.pdf, ANUAL2025.pdf, 19JA-1.pdf, ANEXO2 ECO.pdf, FIANZA.pdf, 15OPIIMSS.pdf, 16OPIINFO.pdf, DIPLOMAS.pdf, CERTCAL.pdf, ANEXO 14.pdf, 19AXO11.pdf, EQPRESPALDO.pdf, 4AXO7Y7BIS.pdf, 22AXO16.pdf, 12TP.pdf, SUA.pdf, 2AXO5.pdf, 24AXO4.pdf, COFEPRIS.PDF, 8ACTACONS.PDF, USOSUELO.PDF, RELCONTR.pdf, CURRICUL.pdf, ANEXO 12.pdf, PERSONAL.pdf, 12ALTAIMSS.pdf, 19JA.docx, 6remMan.pdf, 6repAcuse.pdf, MOTODYPLAN.PDF, 14OPISAT.pdf, 20AXO13.pdf, FOTOS.docx, 1RFC.PDF, CALIDAD.pdf, 18AXO10.pdf, MANIFIESTOS.pdf, CURRICEMP.PDF, 9PODER.PDF, 19JA.pdf, RH.PDF, PERS ESP.docx, ANEXO 9.pdf, SATPROVI.pdf, EQP RES.docx, 10INEANIBAL.pdf, 20NOAPLICA.pdf	163.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:18

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 10
Número de archivos: 70

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	CALENDARIO.pdf, ANEXO 2.pdf, PECONOMICA.pdf, ANEXO 1.pdf, MORELOS2026.xlsx, HERRAMIENTA.pdf, CATALOGO.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:55
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	HERRAMIENTA.pdf, MORELOS2026.xlsx, CATALOGO.pdf, PECONOMICA.pdf, ANEXO 2.pdf, ANEXO 1.pdf, CALENDARIO.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:55
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	CATALOGO.pdf, CALENDARIO.pdf, ANEXO 2.pdf, MORELOS2026.xlsx, HERRAMIENTA.pdf, PECONOMICA.pdf, ANEXO 1.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:56
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	MORELOS2026.xlsx, ANEXO 2.pdf, ANEXO 1.pdf, HERRAMIENTA.pdf, CALENDARIO.pdf, PECONOMICA.pdf, CATALOGO.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:56
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O	ANEXO 1.pdf, MORELOS2026.xlsx, HERRAMIENTA.pdf, ANEXO 2.pdf, CALENDARIO.pdf, PECONOMICA.pdf,	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:56

SERVICIOS.	CATALOGO.pdf		
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	PECONOMICA.pdf, ANEXO 2.pdf, MORELOS2026.xlsx, CATALOGO.pdf, CALENDARIO.pdf, ANEXO 1.pdf, HERRAMIENTA.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:56
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	ANEXO 1.pdf, PECONOMICA.pdf, CALENDARIO.pdf, HERRAMIENTA.pdf, MORELOS2026.xlsx, ANEXO 2.pdf, CATALOGO.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:56
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	CATALOGO.pdf, CALENDARIO.pdf, ANEXO 1.pdf, ANEXO 2.pdf, MORELOS2026.xlsx, PECONOMICA.pdf, HERRAMIENTA.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:56
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	ANEXO 1.pdf, ANEXO 2.pdf, MORELOS2026.xlsx, CATALOGO.pdf, CALENDARIO.pdf, PECONOMICA.pdf, HERRAMIENTA.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:57
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	HERRAMIENTA.pdf, ANEXO 1.pdf, MORELOS2026.xlsx, CATALOGO.pdf, ANEXO 2.pdf, CALENDARIO.pdf, PECONOMICA.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:57

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 14

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	ANEXO 2.pdf, HERRAMIENTA.pdf, CALENDARIO.pdf, CATALOGO.pdf, ANEXO 1.pdf, MORELOS2026.xlsx, PECONOMICA.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:57
ANEXO GENERICO	HERRAMIENTA.pdf, CATALOGO.pdf, PECONOMICA.pdf, ANEXO 1.pdf, MORELOS2026.xlsx, CALENDARIO.pdf, ANEXO 2.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:57

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACION Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1	$ 212,656.00	$ 212,656.00	$ 246,912.96
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 1,018,619.66	$ 1,018,619.66	$ 1,181,598.8
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 2,941,923.00	$ 2,941,923.00	$ 3,412,630.68
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 1,618,568.00	$ 1,618,568.00	$ 1,877,538.88
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 622,373.00	$ 622,373.00	$ 721,952.68

Nombre o Razón Social: AGD MEDICAL SA DE CV

Nombre del firmante: AGD MEDICAL SA DE CV

RFC: AME031124KG6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

RRCH2GFYsgWhLM1LvKBGJUdCIB0Dj5MBZFjMDGiP/GEVQ/1iho1dqmN7GKT8JmoZHmE+Puvm7zr3A3JnSm9tiJUvvzPcgLM/X2bd4/u2jl1+JK+EIz93c7f86AgNlVo9b6k5tPJaj2VJFfOs1skeFp6B/i+r21rNz0a5OKbk/QKmdhO/lzDo+aju24Lkw2Xnq2s2ds+JrS3MPjMk2aPIZEXCLpCAKKnuDOSIdj8dm0yiXwSEAIOnJW+9HunG+reLStWxNAZ3QrhtT04GCNg5qAZxI+j2W+2Ri7DAQKeT16uMZqWTrm3EYGIzRDNVlN6Y37zQxaNUkEoTcOJROysZtw==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 21 de mayo de 2026 a las 22:52

Nombre o Razón Social: AMC BIOMEDICAL SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratacion: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envio
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1 ACRE PERS.pdf	11.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:59
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREO.pdf	587.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 17:59
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	3 ARTS 71 Y 90.pdf	586.0 KB	21 de Mayo de 2026 a las 17:59
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	4 INTEGRIDAD.pdf	586.4 KB	21 de Mayo de 2026 a las 17:59
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	5 VINCULOS.pdf	706.4 KB	21 de Mayo de 2026 a las 17:59
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	6 VENTAJA.pdf	615.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:00
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	7 SUBCONTRATAR.pdf	618.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:00
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	8 MIPYME.pdf	586.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:00
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	9 VIRUS.pdf	585.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:00
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	10 PROT ACT.pdf	633.3 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:00

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	11 DOC LEGAL.pdf	15.7 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:00
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	12 CORREO.pdf	587.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:00
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	13 NOTIF.pdf	587.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:01
ACTA CONSTITUTIVA	14 ACT CONST.pdf	7.9 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:01
PODER NOTARIAL	15 PODER REP.pdf	3.2 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:01
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	16 CONFID.pdf	661.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:01
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	17 ACEP CONV.pdf	586.4 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:01
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	18 PROP CONJ.pdf	590.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:01
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	19 ANEX 16.pdf	587.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 18:02
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	20 DOC GEN.pdf	16.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:02

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 8
Número de archivos: 12

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	1 PROP TEC.pdf	1.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:03
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	2 DO GE 1 DE 2.pdf, 2 DO GE 2 DE 2.pdf	151.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:04
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	1 PROP TEC.pdf	1.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:04
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	2 DO GE 1 DE 2.pdf, 2 DO GE 2 DE 2.pdf	151.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:05

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	1 PROP TEC.pdf	1.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:05
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	2 DO GE 1 DE 2.pdf, 2 DO GE 2 DE 2.pdf	151.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:06
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	1 PROP TEC.pdf	1.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:06
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	2 DO GE 2 DE 2.pdf, 2 DO GE 1 DE 2.pdf	151.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:06

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 4

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	1 PROP ECO.pdf	1.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 22:50
ANEXO GENERICO	1 PROP ECO.xlsx, PCM.xlsx, 1 PROP ECO.docx	325.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:50

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 4

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1			
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 1,741,200.00	$ 1,741,200.00	$ 2,019,792.00
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 2,552,400.00	$ 2,552,400.00	$ 2,960,784.00
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 2,067,000.00	$ 2,067,000.00	$ 2,397,720.00
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 573,100.00	$ 573,100.00	$ 664,796.00

Nombre o Razón Social: AMC BIOMEDICAL SA DE CV

Nombre del firmante: AMC BIOMEDICAL SA DE CV

RFC: ABI110629LA5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Q9r02EZSyTtGU9UDbNckvCcO0jwspgNDmdgDxARzAyZ2Q04BvITtJ1ow5Y+ylcAnkKylsJbOf+yk5KRqJZHQcrdmuiMZD7HkqdAGej6mis+VLiL24fy/ua6iL/Wx38YvbISFbXOJyRQDyJKwn6loQAK3MY+jSrn6HHpnPaellMLg
Fo+78/1WULoN7kBIcEiFQKJ1NK71UbLg0AKz9MXoov2bK3FAKxlnySbnERgCBDbZX1gP+d0R2PBqrt1qAVHtcgqBRnpxlNFZCCMaotLXZvTQaSTEvmCFAEp3J4ACcM90zG02z0F5j7c5LzfHNpbjmLTEndSKWcm0gKk/rPxSDQ==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 21 de mayo de 2026 a las 21:09

Nombre o Razón Social: CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratacion: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1 ACREDI.pdf	663.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:13
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREO.pdf	97.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:13
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	3 71 Y 90.pdf	101.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:13
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	4 INTEGR.pdf	96.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:13
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	5 NIEGE.pdf	1.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 12:13
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	6 NO EJECUTA.pdf	94.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:13
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	7 NO SUBCO.pdf	119.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:13
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	8 ESTRAT.pdf	2.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 12:13
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	9 PROPOSI.pdf	102.3 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:14
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	10 INTEGRIDAD.pdf	1.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 12:14

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	11 DOCU.pdf	40.7 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:50
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	12 COR.pdf	97.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:14
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	13 DOM.pdf	806.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:14
ACTA CONSTITUTIVA	14 ACTA CONST.pdf	27.7 MB	21 de Mayo de 2026 a las 12:14
PODER NOTARIAL	15 PODER.pdf	7.9 MB	21 de Mayo de 2026 a las 12:14
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	16 INFO RES.pdf	121.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:14
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	17 ACEPTACION.pdf	96.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:15
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	18 PC.pdf	196.3 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:15
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	19 DOMICILIO.pdf	806.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:15
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	20 GENERICA.pdf	121.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 12:15

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 8
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	CON2.zip, PTa.pdf, CON1.zip, PYPa.pdf	223.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:36
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	Certif121.zip	30.2 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:45
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	PYPa.pdf, CON1.zip, PTa.pdf, CON2.zip	223.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:37
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	Certif121.zip	30.2 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:46

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	CON2.zip, CON1.zip, PYPa.pdf, PTa.pdf	223.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:37
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	Certif121.zip	30.2 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:46
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	PTa.pdf, PYPa.pdf, CON1.zip, CON2.zip	223.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:38
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	Certif121.zip	30.2 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:46

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 4

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	ECONOMICA.pdf, ECONOMICA.xlsx	1.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:38
ANEXO GENERICO	ECONOMICA.xlsx, ECONOMICA.pdf	1.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:39

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 4

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1			
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 2,070,000.00	$ 2,070,000.00	$ 2,401,200.00
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 2,651,000.00	$ 2,651,000.00	$ 3,075,160.00
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 2,320,000.00
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 622,000.00	$ 622,000.00	$ 721,520.00

Nombre o Razón Social: CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV

Nombre del firmante: CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV

RFC: CSI990730SW9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

VuJLivIw40WnFYqgJH0wt1vwOwp8aDkwb5U10ExLewhrX8iYZsefDQc6sx8jCCPWv51nPrTM0yXBli3mk8l4qLH2uiVWHnVudDN5IvODwuhw5oooGhCvQrbgY6JcQpv8o9LKN6RE2JEJatcKg9ruNBRFD0dE4PZXVq5vRp6ZJvAHqTqkcQsWmytzt4Qjhzi9ibsgWAepjctUxm+e3KxavfG2iJVzlLsHYSPrKXsEV1aT2qKdlJgxfqjF4yrDF/oCD9Y9bQQ6ZE6melv1aMcRW5ZxZSyPNFXfpPhCn7rYLiHcq4FSIr4JkNGmDq+j2AvT4fYEzJWLF2jxVxbEw+s7pA==

2026 año de Margarita Maza

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 21 de mayo de 2026 a las 23:37

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratacion: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 22

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envio
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO, ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	An3 Acred.pdf	572.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:43
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	An15 Correo e.pdf	210.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:44
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	An5 Art 71.pdf	209.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:45
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	An6 Dec I.pdf	210.0 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:45
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	Param5.pdf	284.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:45
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	Param6.pdf	284.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:45
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	No subc.pdf	386.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:46
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	An7 Mipyme.pdf	210.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:46
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	Prop via.pdf	259.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:47
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	Dec prot.pdf	299.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:48

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	Doc legal.pdf	11.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 22:48
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	An15 Correo e.pdf	210.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:48
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	An16 Dom not.pdf	211.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:49
ACTA CONSTITUTIVA	Acta cons.pdf	8.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 22:49
PODER NOTARIAL	Poder not.pdf	1.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 22:49
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	An10 Inf res.pdf	353.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:49
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	An11 Acep c.pdf	217.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:50
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	An13 Part c.pdf	216.4 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:50
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	An16 Dom not.pdf	211.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 22:50
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	Anexo 9 Doc Req.pdf, An14 Avis pr.pdf, 23_Normas.pdf	10.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 22:52

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 4
Número de archivos: 32

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	P9 An1_AT.pdf, P9 411B_An4 Or.pdf, P9 An2_TyC.pdf, P9 411A_Desc A.pdf	13.2 MB	21 de Mayo de 2026 a las 22:56
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	clll_An9_Esq E.pdf, bll_An6_Esp 1er.pdf, dl_An10_Cum Con.pdf, cl_An7_Metod.pdf, all_An2_REco.pdf, alll_An4_Disc.pdf, bll_An6_Esp 2do.pdf, al_An1_RH.pdf, bl_An5_Exp 2do.pdf, bl_An5_Exp 1er.pdf, all_An3_Cap Eq.pdf, cll_An8_Plan T.pdf	341.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:05
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	P10 411B_An4 Or.pdf, P10 An2_TyC.pdf, P10 411A_Desc A.pdf, P10 An1_AT.pdf	17.2 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:07
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	dl_An10_Cum Con.pdf, bl_An5_Exp 2da.pdf, cl_An7_Metod.pdf, clll_An9_Esq E.pdf, alll_An4_Disc.pdf, al_An1_RH.pdf, bl_An5_Exp 1er.pdf, all_An2_RE.pdf, cll_An8_Plan T.pdf, all_An3_Cap Eq.pdf, bll_An6_Esp 1er.pdf, bll_An6_Esp 2da.pdf	428.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:16

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 4

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	An8 Prop E P10.xlsx, An8 Prop E P9.xlsx	141.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:35
ANEXO GENERICO	An8 Prop E P9.pdf, An8 Prop E P10.pdf	477.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:35

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 2

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1			
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1			
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1			
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 1,608,200.00	$ 1,608,200.00	$ 1,865,512.00
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 713,000.00	$ 713,000.00	$ 827,080.00

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV

Nombre del firmante: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV

RFC: DIH020515AZA

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

tu3ATgY28zjKkII+ESW9EjDYYusZ/i2tLnmAwtnGkNgGzIoQFcy6laX2p79dPOqpzfjbKs0RaJoJ9lEOjWVVVcBXBgN9QFYYRlLA2ds/rnmNxoVIpVpchM7r/z4TwQzrq5k9bi3cqDvHNZb6UDOyxjzW01U1WFTO0B/EgVbpnV08
oBXcr5jcEl597dISxvOZ3rH09aGp8izIcRymEHb4NGnqw95fCiz9ghEBx3RQDnM1otHsKUJY3FuepC0AG4UaQJCXMQ9BURa5OoxcW7WadhmD+fmLKfXmBzVv6jKrIeY8fH8l4q2EJoEfPL7WNkK+JM11d/HniHs96CSokJo3GA==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de mayo de 2026 a las 00:21

Nombre o Razón Social: GARKEN MEDICAL SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposicionos: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratacion: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 21

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL). TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1 ACRED PER.pdf	17.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:31
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREO.pdf	103.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:31
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	3 71 y 90.pdf	86.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:32
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	4 INTEGRIDAD.pdf	86.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:32
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	5 VINCULOS.pdf	86.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:32
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	6 VENTAJA.pdf	86.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:32
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	7 NO SUBCONTRA.pdf	84.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:32
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	8 MIPYMES.pdf	89.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:32
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	9 NO PRESENT.pdf	87.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:32
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	10 MANIFIESTO.pdf	150.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:32

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	11 DOCS.pdf	18.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:33
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	12 CORREO.pdf	103.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:33
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	13 DIRECCION.pdf	457.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:33
ACTA CONSTITUTIVA	14 ACTA CONST.pdf	13.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:33
PODER NOTARIAL	15 PODER.pdf	3.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:33
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	16 CLASIFI.pdf	86.3 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:34
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	17 CNV Y JUN.pdf	88.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:34
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	18 P CONJUNTA.pdf	86.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:35
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	19 DIRECCION.pdf	457.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:35
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	NORMAS.pdf, DISCAPACIDAD.pdf	1.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:35

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 75

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	NOM.pdf, A I CAPACIDAD.pdf, A II REC ECONOM.pdf, C P TRAB RUTINA.pdf, C P TRAB ESQUEM.pdf, b ESPECIALIDAD.pdf, A II CAP EQUIP.pdf, d CUMPLIMIENTO.pdf, b EXPERIENCIA.pdf, A III DISCAP.pdf, C METODOLOGIA.pdf, A III REPIMSS.pdf, PROP TECN.pdf, LICENCIA.pdf, FUNCIONAMIENTO.pdf	217.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:57
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	LICENCIA.pdf, b EXPERIENCIA.pdf, A I CAPACIDAD.pdf, C P TRAB ESQUEM.pdf, b ESPECIALIDAD.pdf, A III DISCAP.pdf, NOM.pdf, A III REPIMSS.pdf, C P TRAB RUTINA.pdf, A II CAP EQUIP.pdf, PROP TECN.pdf, C METODOLOGIA.pdf, FUNCIONAMIENTO.pdf, d CUMPLIMIENTO.pdf, A II REC ECONOM.pdf	217.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:58
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	A II CAP EQUIP.pdf, A I CAPACIDAD.pdf, FUNCIONAMIENTO.pdf, C P TRAB ESQUEM.pdf, LICENCIA.pdf, A II REC ECONOM.pdf, A III REPIMSS.pdf, A III DISCAP.pdf, b EXPERIENCIA.pdf, C METODOLOGIA.pdf, d CUMPLIMIENTO.pdf, C P TRAB RUTINA.pdf, b ESPECIALIDAD.pdf, PROP TECN.pdf, NOM.pdf	217.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:59
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	b EXPERIENCIA.pdf, PROP TECN.pdf, A I CAPACIDAD.pdf, A II REC ECONOM.pdf, A II CAP EQUIP.pdf, C P TRAB ESQUEM.pdf, LICENCIA.pdf, C METODOLOGIA.pdf, A III DISCAP.pdf, d CUMPLIMIENTO.pdf, NOM.pdf, b ESPECIALIDAD.pdf, C P TRAB RUTINA.pdf, FUNCIONAMIENTO.pdf, A III REPIMSS.pdf	217.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:59
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	A II CAP EQUIP.pdf, A I CAPACIDAD.pdf, LICENCIA.pdf, b EXPERIENCIA.pdf, FUNCIONAMIENTO.pdf, A II REC ECONOM.pdf, C P TRAB RUTINA.pdf, d CUMPLIMIENTO.pdf, A III REPIMSS.pdf, C METODOLOGIA.pdf, A III DISCAP.pdf, PROP TECN.pdf, NOM.pdf, b ESPECIALIDAD.pdf, C P TRAB ESQUEM.pdf	217.8 MB	22 de Mayo de 2026 a las 00:00
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 4

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envio
PROPUESTA ECONOMICA	PROPUESTA ECON.xlsx, PROPUESTA ECON.pdf	1.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:28
ANEXO GENERICO	PROPUESTA ECON.xlsx, PROPUESTA ECON.pdf	1.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:28

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1	$ 1,385,263.16	$ 1,385,263.16	$ 1,606,905.27
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 1,293,157.89	$ 1,293,157.89	$ 1,500,063.15
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 2,713,157.75	$ 2,713,157.75	$ 3,147,262.99
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 1,550,526.28	$ 1,550,526.28	$ 1,798,610.49
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 400,421.05	$ 400,421.05	$ 464,488.42

Nombre o Razón Social: GARKEN MEDICAL SA DE CV

Nombre del firmante: GARKEN MEDICAL SA DE CV

RFC: GME170117QQ4

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

VnKWN7g0m1bhpX6agI9gZAcxIaCmgFH5/xKrnSbAu32l0Rd2ZC3BapEU2K9uHwlVV5eFtpx7vgCVJcpH6lDcwm99vzOa2X5fRBrHmhTvOZCYQTuzxSGIvumMPuh9Eg6QcR/PiclfgP2h7he1UjR84vYsELwg3W5nxDPQGwIjwsQmx8JFf+b0VnRP+NKywpSQ20Nl74/mC6KdplkNqFUQAf7Pp0rC4LBmPg/m9TG8+VkqGtuDwRy8W5zaJXQSFHnaOHPDbJLrqQGGP1G3wBa1KhC5aGULDb3OoiYJWarOAGyDfP4+l8x5AUxD7sli2mqOqAQOHpYGwizM5l2OWx7z0g==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de mayo de 2026 a las 09:06

Nombre o Razón Social: HUMAN CARE HS SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratacion: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 23

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1 acred.pdf, 2 ident.pdf	1006.9 KB	22 de Mayo de 2026 a las 07:10
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	8 correo.pdf	123.1 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:51
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	3 art 71 y 90.pdf	120.6 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:52
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	4 integridad.pdf	121.7 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:52
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	16 vinculos.pdf	120.1 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:53
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	17 no ventajas.pdf	119.8 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:53
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A . OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	11 no sub contr.pdf	119.2 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:54
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	5 estrat.pdf	123.4 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:55
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	6 compras mx.pdf	121.3 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:55
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	7 SABG.pdf	117.4 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:57

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	10 doc legal.pdf	6.8 MB	22 de Mayo de 2026 a las 06:57
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	8 correo.pdf	123.1 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:58
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	9 domicilio.pdf	124.5 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:58
ACTA CONSTITUTIVA	10 constitutiva.pdf	4.5 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:02
PODER NOTARIAL	10 poder.pdf	4.5 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:04
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	13 info NA.pdf	76.0 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:59
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	14 jad.pdf	122.5 KB	22 de Mayo de 2026 a las 06:59
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	15 convenio NA.pdf	75.2 KB	22 de Mayo de 2026 a las 07:00
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	9 domicilio.pdf	124.5 KB	22 de Mayo de 2026 a las 07:00
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	12 listado.pdf, 18 cofepris.pdf, 19 replimss.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:11

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	tecnica.pdf	112.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 08:56
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	tecnica.pdf	112.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 08:59
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	tecnica.pdf	112.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 09:02
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	tecnica.pdf	112.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 09:04
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	tecnica.pdf	112.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 09:06
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	PE.pdf, PE.xlsx	233.1 KB	22 de Mayo de 2026 a las 08:46
ANEXO GENERICO			

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1	$ 1,379,000.12	$ 1,379,000.12	$ 1,599,640.1392
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 1,660,637.86	$ 1,660,637.86	$ 1,926,339.9176
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 3,016,172.64	$ 3,016,172.64	$ 3,498,760.2624
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 2,698,995.00	$ 2,698,995.00	$ 3,130,834.2
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 507,948.63	$ 507,948.63	$ 589,220.4108

Nombre o Razón Social: HUMAN CARE HS SA DE CV

Nombre del firmante: HUMAN CARE HS SA DE CV

RFC: HCH180626SJA

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

hzU9UX1Jx0KqQMcddcx9AyNr5HslNSr3HJi+lBuUFfVl0lqQyNu9CSiNz2XbhV501lFTBFo+py/fFjeX9EmExb8uBpnxwxGlvtWVxYjOA0MnaLFN76/fg4wgW1HZjOUiicatYe7q0Ib7TC4bre6sV7ge0BYW8+YxjVrP+q8oRJvy
RHxpGXUaG1MbG7ap+h+T+xn6HVWBDCFCAmcDKbsFEXryC5gKV9exo9MUmYNsDQswp0xpJlNQ7QBAh3d2MU5oMSY058YMuYWJiQkTRXBPsnvRsXOZWYCDBstjL2sNHCc2lNIPQvwPI03JNuHCC43C9c41Pk2uQxxY8bZHx/PdCQ==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de mayo de 2026 a las 08:53

Nombre o Razón Social: INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV

Participación conjunta: GRUPO DILAWAR SC

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratacion: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: Sí

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 32

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	3 ACRED.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:20
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	15 CORREO.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:21
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	5 71 90.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:21
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE			

ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	6 INTEG.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:21
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	A NO CONFILCT.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:21
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	NO COLUS.pdf	894.6 KB	22 de Mayo de 2026 a las 07:22
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	NO SUB.pdf	1.0 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:22
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	7 PYME.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:22
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	ACEP PLAT.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:22
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO	INTEG 2.pdf	918.3 KB	22 de Mayo de 2026 a las 07:22

PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	F COMPR DOM.pdf, A CONSTIT.pdf, E REG PAT.pdf, C INE.pdf, D CSF.pdf, NO SUB.pdf, A NO CONFILCT.pdf, B PODER.pdf, G OP CUM.pdf	65.2 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:26
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	15 CORREO.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:27
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	16 DOMICILIO.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:27
ACTA CONSTITUTIVA	A CONSTIT.pdf	22.7 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:27
PODER NOTARIAL	B PODER.pdf	31.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:28
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	INF CONF.pdf	902.6 KB	22 de Mayo de 2026 a las 07:28
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	ACEP CONV.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:28
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	13 CONVENIO.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:28
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	16 DOMICILIO.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:29
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	SER ESP.pdf, NORMAS.pdf, REPIMSS.pdf, AUT 32D.pdf, BUEN GOB.pdf	4.7 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:30

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 25

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TYC B.pdf, TYC D.pdf, TYC A.pdf, TYC C.pdf, TEC MOR.pdf	238.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:58
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TEC MOR.pdf, TYC C.pdf, TYC A.pdf, TYC D.pdf, TYC B.pdf	238.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 08:03
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TYC D.pdf, TEC MOR.pdf, TYC B.pdf, TYC C.pdf, TYC A.pdf	238.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 08:06
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TEC MOR.pdf, TYC A.pdf, TYC B.pdf, TYC C.pdf, TYC D.pdf	238.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 08:10
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TYC C.pdf, TEC MOR.pdf, TYC D.pdf, TYC A.pdf, TYC B.pdf	238.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 08:19
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 6

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	P9.pdf, ANEXO 8 ECO.xls, P4.pdf, P1.pdf, P5.pdf, P10.pdf	1.9 MB	22 de Mayo de 2026 a las 08:50
ANEXO GENERICO			

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1	$ 875,100.00	$ 875,100.00	$ 1,015,116.00
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 1,635,500.00	$ 1,635,500.00	$ 1,897,180.00
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 2,446,000.00	$ 2,446,000.00	$ 2,837,360.00
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 2,442,000.00	$ 2,442,000.00	$ 2,832,720.00
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 694,600.00	$ 694,600.00	$ 805,736.00

Participación conjunta: 1

Num.	RFC o Código Fiscal*	Nombre o Razón Social*	Fecha y hora de registro
1	GDI181126LA0	GRUPO DILAWAR SC	22 de mayo de 2026 a las 08:53

Nombre o Razón Social: INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV

Nombre del firmante: INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD SA DE CV

RFC: IBS050524DJ6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

H6ubvvASa5ZzBrwOAxrkzSvj7wm4lf0CNGJ/Dc+0CZnOPBGMKA/I3jo9oWd4eNqdhV0r0LlPqsE/q0eXF2WMykIsld4vVjpo6BcQTsgOfoHNnpCDNpIMWI1nMp0S1ks0KG42hEG/Lr9RuiEQpK7KmxKhzHdd2rwGSa7dNn9VxJ+pxut45qudLVLjnLMZEGm+d3p1JC14SsVSBL09eTPtbiInPl0fnOU2XBtehvFR1NXMWuwtcpsd0oRGJNljlPl+3ZeMctdS85LLoj13GxDY37tsXNXG8Om8rnr4LrNEHJcpI47Gdnes3zQxMd0S6c0cUK8Nc8MusZxbULa5Q1XFbQ==



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de mayo de 2026 a las 05:24

Nombre o Razón Social: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratacion: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 21

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envio
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1 ACREDITACION.pdf, P LEGAL.pdf	101.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:48
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREO.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:48
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	3 ART 71 Y 90.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:48
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	4 INTEGRIDAD.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:48
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	5 VINCULOS.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:48
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	6 VENTAJA.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:48
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	7 SUBCONTR.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:49
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	8 MIPYME.pdf	1.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:49
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	9 COMPRAS.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:49
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	10 PROTOCOLO.pdf	1.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:49

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	11 DOC LEGAL.pdf	30.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:49
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	12 CORREO.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:49
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	13 DOMICILIO.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:50
ACTA CONSTITUTIVA	14 ACTA CONST.pdf	22.2 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:50
PODER NOTARIAL	15 PODER.pdf	16.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:50
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	16 INF RESERV.pdf	1.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:50
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	17 JUNTA.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:50
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	18 CONVENIO.pdf	1.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:50
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	19 DOMICILIO.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:50
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	P LEGAL.pdf	71.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:51

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 3
Número de archivos: 18

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TEC P6.pdf, TEC P5.pdf, TEC P8.pdf, TEC P3.pdf, TEC P2.pdf, TEC P4.pdf	621.9 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:16
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	TEC P1.pdf, TEC P7.pdf, TEC P9.pdf	210.3 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:17
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TEC_N121_P3.pdf, TEC_N121_P9.pdf, TEC_N121_P8.pdf, TEC_N121_P5.pdf, TEC_N121_P4.pdf, TEC_N121_P6.pdf, TEC_N121_P2.pdf, TEC_N121_P1.pdf, TEC_N121_P7.pdf	832.2 MB	22 de Mayo de 2026 a las 03:58
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	P ECONOMICA.xlsx, ECONOMICA.pdf	1.5 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:12
ANEXO GENERICO			

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 2

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1			
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1			
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1			
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 1,055,000.00	$ 1,055,000.00	$ 1,223,800.00
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 301,000.00	$ 301,000.00	$ 349,160.00

Nombre o Razón Social: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV

Nombre del firmante: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV

RFC: IMT210429QV5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

OtXz9V+PavPfUHWmnBgwBJXO7LzNQY3oF9T9i1h7h7VLcDTFL1Uj2c/EYajj/X9pLVOtQxK9fNwz2OQbxYQn5ppckLFCyEjRco7CpmLEGhtPSMl6WUHuQLyxoyth8N4PJHm9TD8UG5y2BTkQF7pWAHQdFxBbfaCsAWIrt4LYCiN+
mhmXrmRfXs22ws9PksbojryTN+Kf7/BgK9vMTLKhcALXN0lxZTxJppvL3iTdDf6G3GZBbydsvhI5SRvzjRYXNMHEpBWg1MqIJQEzbKMjQ7vHWkehXQEA0REaCUd4r5igrSk3zjYnBnkkRmujWGhwy9A5wO+U1myEuNTnJft81w==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de mayo de 2026 a las 01:24

Nombre o Razón Social: MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 46

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	4131A A3 APJ.pdf, 4131B IRL.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 14:36
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	41310 A16 DRN.pdf, 4139 A15 CE.pdf	1.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 14:36
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	4132 A5 A71Y90.pdf	763.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:36
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	4133 A6 DEC INT.pdf	810.0 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:36
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	41311 NO VINC.pdf	762.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:37
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	41312 NO VENTA.pdf	762.3 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:37
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	4138I NO SUBC.pdf	762.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:37
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	4134 A7 MIPYME.pdf	767.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:37
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	4135 PROP COMP.pdf	765.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:38
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO, EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	4136 MP PA.pdf, 4136 AC MP.pdf	1.9 MB	21 de Mayo de 2026 a las 14:38

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	4138H C OCINF.pdf, 4138C PRL.pdf, 4138A NO CARGO.pdf, 4138F RP IMSS.pdf, 4138B 1 ACTCON.pdf, 4138H B OCIMSS.pdf, 4138G C DOM.pdf, 4138B 2 MOD1.pdf, 4138E CSF.pdf, 4138D IRL.pdf, 4138I NO SUBC.pdf, 4138H A OCSAT.pdf, 4138B 3 MOD2.pdf	18.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 14:40
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	4139 A15 CE.pdf	769.0 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:40
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	41310 A16 DRN.pdf	769.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:40
ACTA CONSTITUTIVA	4138B 1 ACTCON.pdf, 4138B 3 MOD2.pdf, 4138B 2 MOD1.pdf	7.8 MB	21 de Mayo de 2026 a las 14:41
PODER NOTARIAL	4138C PRL.pdf, 4138D IRL.pdf	3.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 14:41
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	41314 A10 IRC.pdf	761.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:49
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	41315 A11 ACJA.pdf	755.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:52
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	41316 CPJ.pdf	761.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:54
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	41310 A16 DRN.pdf	769.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 14:42
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	4133 A6 DEC INT.pdf, 4134 A7 MIPYME.pdf, 4136 MP PA.pdf, 4136 AC MP.pdf, 41311 NO VINC.pdf, 23 B AV FUNC.pdf, 4132 A5 A71Y90.pdf, 41312 NO VENTA.pdf, 23 A CERT ISO.pdf	6.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 14:55

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 59

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS			

SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	23 A CERT ISO.pdf, 23 C CUMP NOM.pdf, 23 B AV FUNC.pdf, 411 C A4 OB.pdf, 411 A A1 PT P9.pdf, 411 B A2 TYC.pdf, 411 D CAL.pdf	7.7 MB	22 de Mayo de 2026 a las 00:09
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	5 A I 1C EXPOS.pdf, 5 B I ESP C8.pdf, 5 B I EX C9.pdf, 5 B I ESP C2.pdf, 5 D C TERM C3.pdf, 5 D C TERM C4.pdf, 5 A I 2 CED.pdf, 5 A I 3 C1 PCV.pdf, 5 B I EX C3.pdf, 5 B I EX C6.pdf, 5 B I ESP C4.pdf, 5 B I ESP C5.pdf, 5 B I A6 ESP.pdf, 5 B I EX C1.pdf, 5 B I ESP C10.pdf, 5 C III A9 EO.pdf, 5 B I EX C7.pdf, 5 B I EX C8.pdf, 5 A II 2 CEC.pdf, 5 C II A8 PT.pdf, 5 D C TERM C7.pdf, 5 B III REPIMSS.pdf, 5 A II 1 A2 RF.pdf, 5 B I ESP C1.pdf, 5 B I ESP C3.pdf, 5 A I 3 C4 JJN.pdf, 5 A III A4 PD.pdf, 5 B I ESP C9.pdf, 5 D C TERM C1.pdf, 5 D C TERM C9.pdf, 5 B I EX C10.pdf, 5 D C TERM C2.pdf, 5 A II 2 A3 REC.pdf, 5 D A10 CC.pdf, 5 B I EX C2.pdf, 5 D C TERM C6.pdf, 5 A II 1 ER.pdf, 5 A I A1 RH.pdf, 5 B I ESP C6.pdf, 5 D C TERM C8.pdf, 5 A II 1 BG.pdf, 5 A I 3 C2 ROR.pdf, 5 B I EX C4.pdf, 5 A I 1A CV.pdf, 5 B I ESP C7.pdf, 5 B I EX C5.pdf, 5 D C TERM C5.pdf, 5 A I 3 C3 HMH.pdf, 5 A I 1B CED.pdf, 5 CI A7 MET1234.pdf, 5 B I A5 EXP.pdf, 5 D C TERM C10.pdf	192.3 MB	22 de Mayo de 2026 a las 00:58
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.			
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 3

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	412 A8 P EC P9.pdf	1.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:40
ANEXO GENERICO	41317 A9 RD.pdf, 412 A8 P EC P9.xlsx	881.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 17:49

Requerimientos Economicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1			
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1			
-	-	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS	-	-			

3	35401-0003	Y ANESTESIA	SERVICIO	1			
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 1,324,000.00	$ 1,324,000.00	$ 1,535,840.00
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1			

Nombre o Razón Social: MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV

Nombre del firmante: MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV

RFC: MBM060711T36

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

JImg7+whLLCs78k9r7nMznDIs50ncpNf+NcYzO+NryWjjUHXcHtID6seN7cK0OLJygGvDQvLf9D1a0Yq03JsRy45VWcBWC7GblF4WXe+zZVPCDSnj2lNxZTr0cOhjZZ+S01KMAfArhYGweblVTKJZFmWvhKC+qZkt1+BGox1NzdIn4tnlhty2krL8PcTW4hRsFLyFy6ILDNBiAWe2TgbhTjaP+rmmoup22aCtOrt1Xvx7PMRBt6AyMHf4EJBgahDWyrAf5VIcmfHdxLlHzEGE1OHlvfZwYLY+dO2I/2eS2ExZVDvvDh2/AxwoZ/S2tjpu5U0krZD7XXz6UrCokVkxQ==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 21 de mayo de 2026 a las 19:53

Nombre o Razón Social: PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratacion: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1_1_P_LEG.pdf	275.3 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:48
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	1_2_P_LEG.pdf	313.4 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:48
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	1_3_P_LEG.pdf	315.4 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:48
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	1_4_P_LEG.pdf	311.3 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:48
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	1_5_P_LEG.pdf	314.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:48
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	1_6_P_LEG.pdf	358.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:48
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	1_7_P_LEG.pdf	313.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:48
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	1_8_P_LEG.pdf	311.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:48
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	1_9_P_LEG.pdf	314.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:49
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	1_10_P_LEG.pdf	363.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:49

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	1_11_P_LEG.pdf	7.9 MB	21 de Mayo de 2026 a las 15:49
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	1_12_P_LEG.pdf	313.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:49
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	1_13_P_LEG.pdf	460.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:49
ACTA CONSTITUTIVA	1_14_P_LEG.pdf	5.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 15:50
PODER NOTARIAL	1_15_P_LEG.pdf	5.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 15:50
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	1_16_P_LEG.pdf	310.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:50
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	1_17_P_LEG.pdf	312.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:50
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	1_18_P_LEG.pdf	309.3 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:50
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	1_19_P_LEG.pdf	536.4 KB	21 de Mayo de 2026 a las 15:50
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	1_20_P_LEG.pdf	8.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 15:50

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 18

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	2_1_P_TEC_P5.pdf, 2_2_P_TEC_P5.pdf, Contratos P5.zip	149.2 MB	21 de Mayo de 2026 a las 18:20
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	CONTRATOS2.zip, CONTRATOS1.zip, 2_4_P_TEC_P1.pdf, 2_3_P_TEC_P1.pdf	266.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:00
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	CONTRATOS2.zip, 2_6_P_TEC_P4.pdf, CONTRATOS3.zip, 2_5_P_TEC_P4.pdf	194.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 17:11
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	Contratos P9.zip, 2_7_P_TEC_P9.pdf, 2_8_P_TEC_P9.pdf	157.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:31
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	CONTRATOSP10-2.zip, 2_10_P_TEC_P10.pdf, CONTRATOSP10-1.zip, 2_9_P_TEC_P10.pdf	261.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 19:48
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 3

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	3_1_P_ECO.pdf, ECOANEXO 8.xlsx	1.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 16:57
ANEXO GENERICO	3_2_P_ECO.pdf	3.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 16:57

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1	$ 46,500.00	$ 1,302,000.00	$ 1,510,320.00
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 40,171.43	$ 1,406,000.00	$ 1,630,960.00
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 48,282.05	$ 3,766,000.00	$ 4,368,560.00
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 40,487.18	$ 1,579,000.00	$ 1,831,640.00
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 19,083.33	$ 458,000.00	$ 531,280.00

Nombre o Razón Social: PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV

Nombre del firmante: PAK BIOMEDLAND TECH CARE SA DE CV

RFC: PBT040413CQ9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

RW2IbRrAlMoalQyhP35SobIarWvNE5y5iylaV/gvzvVEme0vUUz0GSvU0uphvS6ymyYxJkpAiacl9C2wK9Z8lpGHkIFds41Ik0dvMwVX7o1L+LExvvRoRhxGZU2RGu72xWsrpGASTijDS0/wUBTMYlH1Vkj4ZOmfVtRuP4XwIM0h
5SC5U+thlzUMfetsKADeP4fuo0/E5IFYQRPsMLxDHlDmQIBcOrAzd+NH3bZN5WTReE1/uuiogYXHLn4WixWaWgKfMDWTMgxXafnkLkeKrtwokS7y0tNmX7ouIHVBM+ibht05NxTfNLPYo0Ove0Zob5qPwwwGNpGQbSV28k7USA==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de mayo de 2026 a las 01:17

Nombre o Razón Social: PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S DE RL DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA. (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL). TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1 A3 ACPER.pdf	601.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:40
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 A15 EMAIL.pdf	594.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:40
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	3 A5.pdf	593.0 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:40
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	4 A6.pdf	593.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:40
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	5 VINCULOS.pdf	592.3 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:40
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	6 ACCVENTAJA.pdf	591.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:40
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	7 NOSUBCONT.pdf	592.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:40
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	8 A7 MIPYME.pdf	595.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:41
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	9 NOPRES.pdf	631.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:41
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	10 MANIF.pdf	547.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:41

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	11 DOCLEGAL.pdf	31.5 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:41
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	12 A15 EMAIL.pdf	595.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:42
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	13 A16.pdf	596.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:42
ACTA CONSTITUTIVA	14 ACTA.pdf	20.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:42
PODER NOTARIAL	15 PODER.pdf	3.4 MB	21 de Mayo de 2026 a las 20:42
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	16 A10 NA.pdf	586.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:42
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	17 A11.pdf	594.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:42
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	18 A13 NA.pdf	586.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:42
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	19 A16.pdf	596.7 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:43
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	20 DOCGEN NA.pdf	586.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 20:43

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 10
Número de archivos: 45

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	5 AVISO.pdf, 1 A1.pdf, 4 A4.pdf, 2 A2.pdf, 3 SOFTWARE.pdf	5.4 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:09
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	D) CC P5.pdf, B) EEP P5.pdf, A) CPL PART 5.pdf, C) PT PART 5.pdf	134.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:10
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	2 A2.pdf, 4 A4.pdf, 5 AVISO.pdf, 1 A1.pdf, 3 SOFTWARE.pdf	5.4 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:03
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	D) CC P1.pdf, A) CPL PART 1.pdf, B) EEP P1.pdf, C) PT PART 1.pdf	142.8 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:04
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	3 SOFTWARE.pdf, 2 A2.pdf, 4 A4.pdf, 5 AVISO.pdf, 1 A1.pdf	5.4 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:06

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	B) EEP P4.pdf, C) PT PART 4.pdf, A) CPL PART 4.pdf, D) CC P4.pdf	152.9 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:07
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	5 AVISO.pdf, 2 A2.pdf, 3 SOFTWARE.pdf, 1 A1.pdf, 4 A4.pdf	5.4 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:09
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	B) EEP P9.pdf, A) CPL PART 9.pdf, D) CC P9.pdf, C) PT PART 9.pdf	115.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:11
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	1 A1.pdf, 2 A2.pdf, 4 A4.pdf, 5 AVISO.pdf, 3 SOFTWARE.pdf	5.4 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:09
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	C) PT PART 10.pdf, D) CC 10.pdf, B) EEP P10.pdf, A) CPL PART 10.pdf	124.5 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:11

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	ANEXO 8.xlsx	135.2 KB	22 de Mayo de 2026 a las 00:30
ANEXO GENERICO	ECONOMICA.pdf	991.5 KB	22 de Mayo de 2026 a las 00:46

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1	$ 836,958.7	$ 836,958.7	$ 970,872.09
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 1,953,716.81	$ 1,953,716.81	$ 2,266,311.5
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 3,207,477.1	$ 3,207,477.1	$ 3,720,673.44
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 1,991,759.3	$ 1,991,759.3	$ 2,310,440.79
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 438,496.78	$ 438,496.78	$ 508,656.26

Nombre o Razón Social: PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S DE RL DE CV

Nombre del firmante: PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S DE RL DE CV

RFC: PSM160519RB7

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

EUUkx31jZGFlOlAvJREqNdTcOtwMcuspXDCAmQsGjmtZuIulEItKbPK9LuqKw+zhTnnNb75lqCNMU364v/FeQoKO35DUS3ugmXMyJuqmrxSYNri96CIZTErckPIDLPlcfZMWLC2x9DkoG2jYR5biP/JcqdO8Uv5Ba6RebGCcpK7O
L5S2/+6cK+B/Z2ij/GIuRnG6hXLiF/EMQgHud83KvJlvfeaQ9nQkCXekZWjOBXXw5vzV9Cgp7phBKo+xVQMzmOfVv/M4eioVChEI9gDKZA1we/7ele/GKzij5VtmMGlazOjn4y1NGvGIkqNorc8M+12nxWcOaQQzOYuC6ONlpg==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de mayo de 2026 a las 07:19

Nombre o Razón Social: RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratacion: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratacion: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	LEGAL 1.pdf	23.7 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:21
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	LEGAL 2.pdf	763.2 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:21
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	LEGAL 3.pdf	719.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:22
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	LEGAL 4.pdf	748.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:22
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	LEGAL 5.pdf	1.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:22
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	LEGAL 6.pdf	736.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:22
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	LEGAL 7.pdf	741.5 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:22
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	LEGAL 8.pdf	774.1 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:22
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	LEGAL 9.pdf	739.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:22
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	LEGAL 10.pdf	1.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:22

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	LEGAL 11.pdf	19.6 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:23
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	LEGAL 12.pdf	763.9 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:24
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	LEGAL 13.pdf	1.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:24
ACTA CONSTITUTIVA	LEGAL 14.pdf	17.0 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:24
PODER NOTARIAL	LEGAL 15.pdf	17.3 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:24
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	LEGAL 16.pdf	923.8 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:24
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	LEGAL 17.pdf	747.4 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:24
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	LEGAL 18.pdf	699.6 KB	21 de Mayo de 2026 a las 23:24
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	LEGAL 19.pdf	1.1 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:24
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	LEGAL 20.pdf	7.7 MB	21 de Mayo de 2026 a las 23:24

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 10
Número de archivos: 85

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TECNICA4.pdf, TECNICA9.pdf, TECNICA2.pdf, TECNICA1.pdf, TECNICA8.pdf, TECNICA10.pdf, TECNICA7.pdf, TECNICA5.pdf, TECNICA3.pdf, TECNICA6.pdf	1.1 GB	22 de Mayo de 2026 a las 05:25
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	TECNICA13.pdf, TECNICA14.pdf, TECNICA16.pdf, TECNICA11.pdf, TECNICA12.pdf, TECNICA15.pdf, LEGAL 20.pdf	721.9 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:17
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TECNICA6.pdf, TECNICA2.pdf, TECNICA5.pdf, TECNICA8.pdf, TECNICA10.pdf, TECNICA1.pdf, TECNICA3.pdf, TECNICA4.pdf, TECNICA7.pdf, TECNICA9.pdf	1.1 GB	22 de Mayo de 2026 a las 05:55
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	TECNICA11.pdf, TECNICA14.pdf, LEGAL 20.pdf, TECNICA13.pdf, TECNICA15.pdf, TECNICA16.pdf, TECNICA12.pdf	721.9 MB	22 de Mayo de 2026 a las 06:00

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TECNICA5.pdf, TECNICA1.pdf, TECNICA9.pdf, TECNICA3.pdf, TECNICA2.pdf, TECNICA10.pdf, TECNICA8.pdf, TECNICA4.pdf, TECNICA6.pdf, TECNICA7.pdf	1.1 GB	22 de Mayo de 2026 a las 06:31
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	TECNICA16.pdf, TECNICA11.pdf, LEGAL 20.pdf, TECNICA12.pdf, TECNICA13.pdf, TECNICA14.pdf, TECNICA15.pdf	721.9 MB	22 de Mayo de 2026 a las 06:23
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TECNICA9.pdf, TECNICA1.pdf, TECNICA5.pdf, TECNICA2.pdf, TECNICA4.pdf, TECNICA7.pdf, TECNICA6.pdf, TECNICA3.pdf, TECNICA8.pdf, TECNICA10.pdf	1.1 GB	22 de Mayo de 2026 a las 07:03
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	TECNICA12.pdf, TECNICA15.pdf, TECNICA11.pdf, TECNICA14.pdf, LEGAL 20.pdf, TECNICA13.pdf, TECNICA16.pdf	721.9 MB	22 de Mayo de 2026 a las 06:34
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TECNICA1.pdf, TECNICA2.pdf, TECNICA8.pdf, TECNICA5.pdf, TECNICA6.pdf, TECNICA9.pdf, TECNICA3.pdf, TECNICA4.pdf, TECNICA10.pdf	998.2 MB	22 de Mayo de 2026 a las 06:48
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	TECNICA11.pdf, TECNICA16.pdf, TECNICA15.pdf, TECNICA13.pdf, TECNICA7.pdf, LEGAL 20.pdf, TECNICA14.pdf, TECNICA12.pdf	817.3 MB	22 de Mayo de 2026 a las 07:10

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	ANEXO 8.pdf	10.7 MB	22 de Mayo de 2026 a las 01:16
ANEXO GENERICO	PROPUESTA ECON.xlsx	85.8 KB	22 de Mayo de 2026 a las 01:17

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1	$ 1,156,400.00	$ 1,156,400.00	$ 1,341,424.00
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 1,407,800.00	$ 1,407,800.00	$ 1,633,048.00
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 2,622,000.00	$ 2,622,000.00	$ 3,041,520.00
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 2,366,400.00	$ 2,366,400.00	$ 2,745,024.00
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 379,200.00	$ 379,200.00	$ 439,872.00

Nombre o Razón Social: RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV

Nombre del firmante: RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV

RFC: RGD2111088A3

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

cyn7YMcgB2Z09SC83/1bZvBnLN6vrkpGbPzVDaPtO1TV0emUOSgw3PMVvLmzFXFxqO2+v3zYVKr5ApveLQGVvpA0j9AjNGOAZPzfVQNjhesWguzcdBci4Q2AS74zXgRA+jetI8f3yNjST6ZlFt7VABv9XPZJT9JGaG03xMxZmOg5
SrqIsOFTwv29BXmNUS8DwRS3+yq7WvSE7/MysBG/f3UaJUCuDSbumjDZ1sABuQ/iHO3pVt6IdYBcOrwLCbnHD4Js4pKqAMzfVD+GG+sbnanpfNBKXaQWx9/lsQjrnB84cxXCtd2e4SR/JPEJ81R3H2xbFQ7zjYdFPFVthH6l4A==

ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de mayo de 2026 a las 07:07

Nombre o Razón Social: SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00042959
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 SERV DE MTTO PREV DE EQUIPO MEDICO.OOAD MOR. 2026
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 12 de mayo de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 22 de mayo de 2026 a las 09:15
Responsable de la captura: SHAMIRA EMINETH RODRÍGUEZ VALDOVINOS
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No
Participación conjunta: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 19
Número de archivos: 19

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL). TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	ANEXO 3.pdf	997.2 KB	22 de Mayo de 2026 a las 04:58
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	ANEXO 15.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 04:59
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	ANEXO 5.pdf	900.9 KB	22 de Mayo de 2026 a las 04:59
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			

QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	ANEXO 6.pdf	876.7 KB	22 de Mayo de 2026 a las 05:00
MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES	MANIFIESTO.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:15
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO	VENTAJA.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:23
MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	sub.pdf	617.5 KB	22 de Mayo de 2026 a las 05:32
EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	ANEXO 7.pdf	896.3 KB	22 de Mayo de 2026 a las 05:33
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX ".	digital.pdf	846.4 KB	22 de Mayo de 2026 a las 05:34
• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL	DECLA.pdf	1.5 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:35

MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.			
A)B)C)D)E)F)G)H)I)	legal.pdf	19.3 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:36
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	ANEXO 15.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:37
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	ANEXO 16.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:37
ACTA CONSTITUTIVA	acta.pdf	16.4 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:40
PODER NOTARIAL	poder.pdf	16.9 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:42
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	ANEXO 10.pdf	886.5 KB	22 de Mayo de 2026 a las 05:43
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	ANEXO 11.pdf	3.0 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:43
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	ANEXO 13.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:44
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	ANEXO 16.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 05:44
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 10
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	Anexo tecnicoP5.pdf	89.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 06:37
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	Anexo tecnicoP1.pdf	89.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 06:26
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	No.pdf	869.3 KB	22 de Mayo de 2026 a las 07:02
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	No.pdf	869.3 KB	22 de Mayo de 2026 a las 07:03
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	Anexo Tec10.pdf	89.6 MB	22 de Mayo de 2026 a las 06:42
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA			

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	ECONO1510.pdf	1.1 MB	22 de Mayo de 2026 a las 06:56
ANEXO GENERICO			

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35401-0003	PARTIDA 5 ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	SERVICIO	1	$ 765,380.00	$ 765,380.00	$ 887,840.8
2	35401-0003	PARTIDA 1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	SERVICIO	1	$ 1,321,310.00	$ 1,321,310.00	$ 1,532,719.6
3	35401-0003	PARTIDA 4 EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	SERVICIO	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4	35401-0003	PARTIDA 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	SERVICIO	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5	35401-0003	PARTIDA 10 EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	SERVICIO	1	$ 810,200.00	$ 810,200.00	$ 939,832.00

Nombre o Razón Social: SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA SA DE CV

Nombre del firmante: SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA SA DE CV

RFC: SBE110513BZ4

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

HpEvQZpbrs2P2xEhq2UymnZIrmpvqu2KbtXozCpDLCWEP2gC5b7ciZMuqxkFOFWygvbt5oXGJPat8A97thsATtIEH0CRtzXSxYYVktRh5wGP5a7Gi0NR1uhmnTGlSMkonsKEbu5UAScPH6u/bZ38NtSusMW01taLrH2rulXQnyfO
9C08lZqDUc8AVkZ9ds6QkXHWVBWjlwFBMHO7a4ISLl0ouiLcGKo3BAh0sBB7h0Va0w+PC+MbsPdXXhmC7IQGq2mM//URt1p6SVOZpPpnYeHXL2gEgVQ2hZ3veuxhrgl8LzS7JoE7YPuvDdxtsa/nWDtDeWIWgHT39uI5piMW5g==

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE CONSERVACION

LICITACION PÚBLICA
NACIONAL ELECTRONICA
LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	CARDIOLINE	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
2	HGZ # 5 ZACATEPEC	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	CARDIOLINE	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	CARDIOLINE	ECG 200S	80608069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 33,644.38	$ 33,644.38
5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 33,644.38	$ 33,644.38
6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	460049-M15905160059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
										SUBTOTAL	$ 134,052.76
										ACUMULADO	$ 134,052.76

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
7	UMF # 3 JIUTEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
8	UMF # 23 CIVAC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
9	UMF # 18 ZAPATA	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	BTL-08-LT	073T0B001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
										SUBTOTAL	$ 83,455.00
										ACUMULADO	$ 217,507.76

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
										SUBTOTAL	$ 150,219.00
										ACUMULADO	$ 367,726.76

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 16,691.00	$ 16,691.00
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILET MIRAMAX	4173	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO. SE REQUIERE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIUENTO. SE REQUEIRE REVISIÓN Y AJUSTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, FLAT PANEL Y TUBO DE RAYOS X. REVISIÓN Y AJUSTE AL SISTEMA DE FRENADO. REHABILITACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 42,884.00	$ 42,884.00
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LRS002202004105	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO. SE REQUIERE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIUENTO. SE REQUEIRE REVISIÓN Y AJUSTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, FLAT PANEL Y TUBO DE RAYOS X. REVISIÓN Y AJUSTE AL SISTEMA DE FRENADO. REHABILITACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 42,884.00	$ 42,884.00
27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 42,884.00	$ 42,884.00
28	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 42,884.00	$ 42,884.00
										SUBTOTAL	$ 238,300.00
										ACUMULADO	$ 606,026.76

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
29	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 42,884.00	$ 42,884.00
30	UMF # 20 CUERNAVACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02162	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 201,487.00	$ 201,487.00
31	HGR # 1 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A CDR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 33,644.38	$ 33,644.38
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIG P9	LP9370176LP9	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO. SE REQUIERE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. SE REQUEIRE REVISIÓN Y AJUSTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, FLAT PANEL Y TUBO DE RAYOS X. REVISIÓN Y AJUSTE AL SISTEMA DE FRENADO. REHABILITACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 33,644.38	$ 33,644.38
33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC1320400281T1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CUAL CONSISTE EN: VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO , LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE ERRORES EN SOFTWARE, VERIFICACIÓN ELECTRICA Y ELECRÓNICA DE TODOS SUS COMPONENTES, MANTENIMIENTO A TRANSDUCTORES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 33,644.38	$ 33,644.38
										SUBTOTAL	$ 345,304.14
										ACUMULADO	$ 951,330.90

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
34	UMF # 20 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CUAL CONSISTE EN: VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO , LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE ERRORES EN SOFTWARE, VERIFICACIÓN ELECTRICA Y ELECRÓNICA DE TODOS SUS COMPONENTES, MANTENIMIENTO A TRANSDUCTORES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 33,644.38	$ 33,644.38
35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	COSMOGAMMA	US10	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 33,644.38	$ 33,644.38
36	HGR # 1 CUERNAVACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION , REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN CASO DE REQUERIR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CALIBRACION Y/O AJUSTE DEL SOPORTE DE CUCHILLAS, REVISION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y DE SEGURIDAD.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 7,602.00	$ 7,602.00
37	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1486	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
										SUBTOTAL	$ 98,303.76
										ACUMULADO	$ 1,049,634.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
38	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 300	F-1338	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
39	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1150	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
										SUBTOTAL	$ 46,826.00
										ACUMULADO	$ 1,096,460.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
40	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1110	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
41	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1180	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
										SUBTOTAL	$ 46,826.00
										ACUMULADO	$ 1,143,286.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
42	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1199	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
43	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1267	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
										SUBTOTAL	$ 46,826.00
										ACUMULADO	$ 1,190,112.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
44	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	COOPERSURGICAL	EEP SYSTEM 1000	9711F854	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
45	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01KGE126	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
46	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	CONTEC MEDICAL	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 11,296.00	$ 11,296.00
										SUBTOTAL	$ 58,122.00
										ACUMULADO	$ 1,248,234.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
47	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM059217	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 11,296.00	$ 11,296.00
48	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
49	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED+BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
50	HGR # 1 CUERNAVACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	STORZ (ACMI ES LA MARCA DEL LENTE DE CISTOSCOPIO)	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. IMPORTANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL DEL BIEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y REPARACION O REEMPLAZO DEL LENTE DE CITOSCOPIO DE UROLOGIA, REEMPLAZO DEL FOCO DE LA FUENTE DE LUZ, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA, EN CASO DE FALLAR REEMPLAZAR	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 18,850.00	$ 18,850.00
										SUBTOTAL	$ 136,606.00
										ACUMULADO	$ 1,384,640.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
51	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
52	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
53	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	B435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
54	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
										SUBTOTAL	$ 108,292.00
										ACUMULADO	$ 1,493,132.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
55	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
56	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
57	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
58	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
										SUBTOTAL	$ 108,292.00
										ACUMULADO	$ 1,601,424.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
59	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
60	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
61	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
62	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
										SUBTOTAL	$ 108,292.00
										ACUMULADO	$ 1,709,716.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
63	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
64	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 27,073.00	$ 27,073.00
65	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
66	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391034HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
										SUBTOTAL	$ 139,032.00
										ACUMULADO	$ 1,846,746.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
67	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391032HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
68	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391036HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
										SUBTOTAL	$ 84,886.00
										ACUMULADO	$ 1,933,634.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
69	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391035HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
70	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	F-CU6-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
										SUBTOTAL	$ 84,886.00
										ACUMULADO	$ 2,016,520.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
71	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	F-CU8-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
72	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	F-CU8-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
										SUBTOTAL	$ 84,886.00
										ACUMULADO	$ 2,103,406.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

RFC: AME-031124-KG6

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
73	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
74	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	CONTEC	CMS8000	21062100161	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
										SUBTOTAL	$ 84,886.00
										ACUMULADO	$ 2,186,292.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
75	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
76	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	CARDIOCAP/5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 42,443.00	$ 42,443.00
77	HGR # 1 CUERNAVACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO, CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 7,602.00	$ 7,602.00
										SUBTOTAL	$ 92,488.00
										ACUMULADO	$ 2,280,780.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
76	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE 7100 CON MONITOR	AMXP-01032	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 112,395.00	$ 112,395.00
										SUBTOTAL	$ 112,395.00
										ACUMULADO	$ 2,393,175.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
79	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01033	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 112,395.00	$ 112,395.00
										SUBTOTAL	$ 112,395.00
										ACUMULADO	$ 2,505,570.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
80	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01034	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 112,395.00	$ 112,395.00
										SUBTOTAL	$ 112,395.00
										ACUMULADO	$ 2,617,965.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
81	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00401	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 112,395.00	$ 112,395.00
										SUBTOTAL	$ 112,395.00
										ACUMULADO	$ 2,730,360.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
82	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00402	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 112,395.00	$ 112,395.00
										SUBTOTAL	$ 112,395.00
										ACUMULADO	$ 2,842,755.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
83	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00403	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 112,395.00	$ 112,395.00
										SUBTOTAL	$ 112,395.00
										ACUMULADO	$ 2,955,150.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
84	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00404	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 112,395.00	$ 112,395.00
										SUBTOTAL	$ 112,395.00
										ACUMULADO	$ 3,067,545.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
85	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00400	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 112,395.00	$ 112,395.00
86	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 8,360.00
										SUBTOTAL	$ 120,755.00
										ACUMULADO	$ 3,188,300.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
87	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 6,360.00	$ 6,360.00
88	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 8,360.00
89	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05561	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 6,360.00
										SUBTOTAL	$ 25,080.00
										ACUMULADO	$ 3,213,380.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
90	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 8,360.00
91	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 8,360.00
92	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 8,360.00
										SUBTOTAL	$ 25,080.00
										ACUMULADO	$ 3,238,460.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
93	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 8,360.00
94	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 8,360.00
95	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 8,360.00
										SUBTOTAL	$ 25,080.00
										ACUMULADO	$ 3,263,540.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
96	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 8,360.00	$ 8,360.00
97	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1328	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
										SUBTOTAL	$ 31,773.00
										ACUMULADO	$ 3,295,313.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
98	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1329	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
99	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1331	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
										SUBTOTAL	$ 46,826.00
										ACUMULADO	$ 3,342,139.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
100	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1332	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 23,413.00	$ 23,413.00
101	HGR # 1 CUERNAVACA	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO DE USO MULTIDISCIPLINAR	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE ÓPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE SISTEMA ARTICULADO ELECTROMECANICO DE MOVIMIENTOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE ILUMINACION A TRAVES DEL PRISMA, REVISION DE FUNTE DE LUZ, CALIBRACION DEL SISTEMA DE OPTICA, REVISION DE LA ESTRUCTURA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 28,846.00	$ 28,846.00
										SUBTOTAL	$ 52,259.00
										ACUMULADO	$ 3,394,398.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
102	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
103	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 100	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
										SUBTOTAL	$ 106,460.00
										ACUMULADO	$ 3,500,856.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
104	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
105	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 99	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
										SUBTOTAL	$ 106,460.00
										ACUMULADO	$ 3,607,318.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
106	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
107	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
										SUBTOTAL	$ 106,460.00
										ACUMULADO	$ 3,713,778.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
108	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
109	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
										SUBTOTAL	$ 106,460.00
										ACUMULADO	$ 3,820,238.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
110	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 101	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
111	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 103	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 53,230.00	$ 53,230.00
										SUBTOTAL	$ 106,460.00
										ACUMULADO	$ 3,926,698.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
112	HGR # 1 CUERNAVACA	UPS DE LAMPARAS QX	DEWIMED	CLE-24V300W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 7,602.00	$ 7,602.00
113	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO CON REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS, REVISION Y/O CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y ELECTROVALVULAS, REVISION Y REPARACION DE TAPIZADO DE SILLON ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN REPARACION Y/O MATTO AL PROYECTOR DE LUZ, REVISANDO SISTEMA ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y CONSULTORIO	4	$ 26,242.00	$ 26,242.00
114	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TG1	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL REVISION DESUSTITUCION DE BOMBA DE VACIO, REVISION/ SUSTITUCION DE COMPONENTES DESGASTADOS Y/O DAÑADOS.	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
115	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
										SUBTOTAL	$ 49,048.00
										ACUMULADO	$ 3,975,746.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
116	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECAK2038 EG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
117	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
118	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16115002	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
										SUBTOTAL	$ 22,806.00
										ACUMULADO	$ 3,998,552.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
119	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
120	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC CB23	230024507	CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS,LAVADO DE TRAMPAS DE VAPOR, CHEQUEO Y LIMPIEZA DE LINEA, REVISION DE LINEA DE AGUA, REVISION DE LINEA DE AIRE, LIMPIEZA DE CAMARA, CAMBIO DE JUNTAS DE VALVULAS CLAMP, REVISION Y/O CAMBIO DE VALVULAS TERMOSTATICAS, REVISION Y O CAMBIO DE VALVULAS DE SEGURIDAD, CHEQUEO Y/O REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y/O REPARACION DE BOMBA DE VACIO.	JCU I	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
121	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	GRUPO LORMA	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
122	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE CLASS CD	VC6030153	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
										SUBTOTAL	$ 30,408.00
										ACUMULADO	$ 4,028,960.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
123	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
124	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	VT2660271L175829	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
125	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
										SUBTOTAL	$ 22,806.00
										ACUMULADO	$ 4,051,766.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
126	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
127	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONSIDERAR REFACCIONES DE LA MARCA O SIILARES EN CALIDAD PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS. SE DEBERA PRESENTAR Y ANEXAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD Y EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR ESTA ACCION	JCU I	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
										SUBTOTAL	$ 15,204.00
										ACUMULADO	$ 4,066,970.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
128	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	6-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
129	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
130	UMF # 18 ZAPATA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MATACHANA	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
131	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED LORMA	BKM Z24B	BKMZB16115011	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
132	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
133	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16113004	MANTENIMINENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
										SUBTOTAL	$ 45,612.00
										ACUMULADO	$ 4,112,582.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
134	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA , REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
135	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
136	UMF # 23 CIVAC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEAN TEC CB23	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
137	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
138	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
										SUBTOTAL	$ 38,010.00
										ACUMULADO	$ 4,150,592.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
139	UMF # 24 YECAPIXTLA	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VSLVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE INTERRUPTORES, FOCO PILOTO, TIMER Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
140	HGR # 1 CUERNAVACA	HORNO	ECOSHEL	9025L	201806093729	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. REQUIERE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA SU PROGRAMACIÓN. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
141	GUARDERIA 001	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	IMMSA	AKGE-16164-GA	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VIII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ 7,602.00	$ 7,602.00
										SUBTOTAL	$ 22,806.00
										ACUMULADO	$ 4,173,398.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
142	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,190,814.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
143	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,208,230.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V. RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
144	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,225,646.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
145	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,243,062.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
146	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,260,478.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
147	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,277,894.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
148	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,295,310.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067653**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
149	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,312,726.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
150	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,330,142.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1636, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

RFC: **AME-031124-KG6**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
151	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 17,416.00	$ 17,416.00
										SUBTOTAL	$ 17,416.00
										ACUMULADO	$ 4,347,558.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
152	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 64,331.00	$ 64,331.00
153	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 64,331.00	$ 64,331.00
										SUBTOTAL	$ 128,662.00
										ACUMULADO	$ 4,476,220.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
154	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 64,331.00	$ 64,331.00
155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 64,331.00	$ 64,331.00
										SUBTOTAL	$ 128,662.00
										ACUMULADO	$ 4,604,882.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 64,331.00	$ 64,331.00
157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 64,331.00	$ 64,331.00
										SUBTOTAL	$ 128,662.00
										ACUMULADO	$ 4,733,544.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 64,331.00	$ 64,331.00
159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 64,331.00	$ 64,331.00
										SUBTOTAL	$ 128,662.00
										ACUMULADO	$ 4,862,206.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
160	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	191247591081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,574.00	$ 59,574.00
161	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,574.00	$ 59,574.00
										SUBTOTAL	$ 119,148.00
										ACUMULADO	$ 4,981,354.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

RFC: **AME-031124-KG6**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
162	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	191247491081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,574.00	$ 59,574.00
163	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,574.00	$ 59,574.00
										SUBTOTAL	$ 119,148.00
										ACUMULADO	$ 5,100,502.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
										SUBTOTAL	$ 79,910.00
										ACUMULADO	$ 5,180,412.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
										SUBTOTAL	$ 79,910.00
										ACUMULADO	$ 5,260,322.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
										SUBTOTAL	$ 79,910.00
										ACUMULADO	$ 5,340,232.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1636, ANTES 1560, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
										SUBTOTAL	$ 79,910.00
										ACUMULADO	$ 5,420,142.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
										SUBTOTAL	$ 79,910.00
										ACUMULADO	$ 5,500,052.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1560, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
										SUBTOTAL	$ 79,910.00
										ACUMULADO	$ 5,579,962.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
										SUBTOTAL	$ 79,910.00
										ACUMULADO	$ 5,659,872.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,955.00	$ 39,955.00
179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 53,876.00	$ 53,876.00
										SUBTOTAL	$ 93,831.00
										ACUMULADO	$ 5,753,703.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA	VTO PLUS	SLE-5000	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 38,263.00	$ 38,263.00
181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
										SUBTOTAL	$ 67,029.00
										ACUMULADO	$ 5,820,732.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
										SUBTOTAL	$ 57,532.00
										ACUMULADO	$ 5,878,264.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
										SUBTOTAL	$ 57,532.00
										ACUMULADO	$ 5,935,796.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

RFC: **AME-031124-KG6**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID200B	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
										SUBTOTAL	$ 57,532.00
										ACUMULADO	$ 5,993,328.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580. COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	PHILIPS	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
										SUBTOTAL	$ 57,532.00
										ACUMULADO	$ 6,050,860.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	21061400132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,691.00	$ 16,691.00
191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	TERAPIA RESPIRATORIA Y SOPORTE VITAL	10	$ 69,430.00	$ 69,430.00
										SUBTOTAL	$ 86,121.00
										ACUMULADO	$ 6,136,981.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,691.00	$ 16,691.00
193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,691.00	$ 16,691.00
										SUBTOTAL	$ 33,382.00
										ACUMULADO	$ 6,170,363.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,691.00	$ 16,691.00
195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,691.00	$ 16,691.00
										SUBTOTAL	$ 33,382.00
										ACUMULADO	$ 6,203,745.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,691.00	$ 16,691.00
197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,691.00	$ 16,691.00
										SUBTOTAL	$ 33,382.00
										ACUMULADO	$ 6,237,127.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,691.00	$ 16,691.00
199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,691.00	$ 16,691.00
										SUBTOTAL	$ 33,382.00
										ACUMULADO	$ 6,270,509.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
										SUBTOTAL	$ 57,532.00
										ACUMULADO	$ 6,328,041.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.**

RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX**

NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
										SUBTOTAL	$ 57,532.00
										ACUMULADO	$ 6,385,573.66

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: **AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.** RFC: **AME-031124-KG6**

DOMICILIO FISCAL: **CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX** NO. PROVEEDOR: **0000067853**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,766.00	$ 28,766.00
										SUBTOTAL	$ 28,766.00
										ACUMULADO	$ 6,414,339.66

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE CONSERVACION

LICITACION PÚBLICA
NACIONAL ELECTRONICA
LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AGD MEDICAL, S.A. DE C.V.

RFC: AME-031124-KG6

DOMICILIO FISCAL: CALZ DE LA VIGA 1638, ANTES 1580, COL. SECTOR POPULAR, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P.09060 CDMX

NO. PROVEEDOR: 0000067853

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE

RESUMEN GLOBAL POR PARTIDA

PARTIDA	CUCOP	DESCRIPCION	SERVICIOS	CANTIDAD		IMPORTE TOTAL
1	35400003	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	35		$ 1,018,619.66
4	35400003	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	1	78		$ 2,941,923.00
5	35400003	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	1	26		$ 212,856.00
9	35400003	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	1	39		$ 1,618,568.00
10	35400003	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	1	24		$ 622,373.00
				204	SUBTOTAL	$ 6,414,339.66
					IVA	$ 1,026,294.35
					TOTAL	$ 7,440,634.01

PRECIO EN LETRA INCLUYENDO 16% IVA

(SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

NOTA: LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA RESPUESTA ES INMEDIATA DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

ATENTAMENTE

C. JOSE ANIBAL ROMERO ROMERO

REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.
4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: AMC BIOMEDICAL SA DE CV
DOMICILIO FISCAL: Cali 852.. Colonia: Lindavista Norte. Alcaldía Gustavo A. Madero. Código Postal: 07300. Ciudad de México.

RFC: ABI110629LA5.
NO. PROVEEDOR: 0000125233

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) *PEQUEÑA ( )* *MEDIANA (X)*

PROPUESTA ECONOMICA											
N	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
2	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	80608069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO					
4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$85,900.00	$85,900.00
5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$85,900.00	$85,900.00
6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	460049-M15905160059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
7	UMF # 3 JIUTEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
8	UMF # 23 CIVAC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
9	UMF # 18 ZAPATA	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	BTL-08-LT	073T0B001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS					
15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190 8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$19,500.00	$19,500.00
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILETT MIRAMAX	4173	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$125,000.00	$125,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LRS00220200410 5	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$125,000.00	$125,000.00
27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$125,000.00	$125,000.00
28	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$125,000.00	$125,000.00
29	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$85,900.00	$85,900.00
30	UMF # 20 CUERNAVACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$125,000.00	$125,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

31	HGR # 1 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A CDR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$85,900.00	$85,900.00
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIG P9	LP9370176LP9	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$85,900.00	$85,900.00
33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC1320400281T1	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$85,900.00	$85,900.00
34	UMF # 20 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$85,900.00	$85,900.00
35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	Cosmogamma	US10	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$85,900.00	$85,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

36	HGR # 1 CUERNAVACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION , REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN CASO DE REQUERIR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CALIBRACION Y/O AJUSTE DEL SOPORTE DE CUCHILLAS, REVISION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y DE SEGURIDAD.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

37	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1486	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

38	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 300	F-1338	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

39	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1150	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

40	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1110	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

41	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1180	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

42	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1199	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

43	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1267	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

44	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	COOPERSURGICAL	EEP SYSTEM 1000	9711F854	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00
45	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01KGE126	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
46	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	CONTEC MEDICAL	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$22,500.00	$22,500.00
47	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM0592 17	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$22,500.00	$22,500.00
48	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00
49	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED+BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

50	HGR # 1 CUERNAVACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	STORZ (ACMI ES LA MARCA DEL LENTE DE CISTOSCOPIO)	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. IMPORTANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL DEL BIEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y REPARACION O REEMPLAZO DEL LENTE DE CITOSCOPIO DE UROLOGIA, REEMPLAZO DEL FOCO DE LA FUENTE DE LUZ, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA, EN CASO DE FALLAR REEMPLAZAR	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$45,000.00	$45,000.00
51	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
52	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.					
53	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	B435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
54	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
55	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

56	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
57	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
58	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
59	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.					
60	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
61	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
62	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.					
63	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCE D	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
64	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCE D	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,500.00	$37,500.00
65	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00
66	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK41639 1034HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
67	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK41639 1032HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00
68	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK41639 1036HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
69	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK41639 1035HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00
70	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
71	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00
72	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
73	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34087	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00
74	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	CONTEC	CMS8000	2106210 0181	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
75	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00
76	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	CARDIOCAP/5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
77	HGR # 1 CUERNAVACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO, CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$17,500.00	$17,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

78	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE 7100 CON MONITOR	AMXP-01032	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$69,500.00	$69,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

79	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01033	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$69,500.00	$69,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

80	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01034	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$69,500.00	$69,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

81	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00401	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$69,500.00	$69,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

82	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00402	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$69,500.00	$69,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

83	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00403	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$69,500.00	$69,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

84	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00404	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$69,500.00	$69,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

85	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00400	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$69,500.00	$69,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

86	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

87	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

88	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

89	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05561	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

90	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

91	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

92	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU 1	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

93	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

94	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

95	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	. $12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

96	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

97	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1328	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$12,500.00	$12,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

98	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1329	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

99	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1331	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

100	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1332	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,900.00	$28,900.00
101	HGR # 1 CUERNAVACA	Microscopio quirúrgico de uso multidisciplinar	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE ÓPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE SISTEMA ARTICULADO ELECTROMECANICO DE MOVIMIENTOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE ILUMINACION A TRAVES DEL PRISMA, REVISION DE FUNTE DE LUZ, CALIBRACION DEL SISTEMA DE OPTICA, REVISION DE LA ESTRUCTURA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$34,000.00	$34,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

102	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID16009 16-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00
103	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 100	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.					
104	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID16009 16-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00
105	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 99	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.					
106	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID16009 16-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES. REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00
107	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID16009 16-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.					
108	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID16009 16-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00
109	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID16009 16-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.					
110	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 101	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00
111	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 103	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.					
112	HGR # 1 CUERNAVACA	UPS DE LAMPARAS QX	DEWIMED	CLE-24V300W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$36,500.00	$36,500.00
113	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO CON REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS, REVISION Y/O CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y ELECTROVALVULAS, REVISION Y REPARACION DE TAPIZADO DE SILLON ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN REPARACION Y/O MATTO AL PROYECTOR DE LUZ, REVISANDO SISTEMA ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos especializados y consultorio	4	$34,900.00	$34,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

142	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

143	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES. ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

144	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA. FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

145	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

146	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

147	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

148	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

149	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

150	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

151	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA. REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,500.00	$38,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

152	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS, REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

153	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

154	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

160	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247591081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

161	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

162	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247491081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

163	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES . INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS. REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM6 40	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS. REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM6 37	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO. ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR de alta frecuencia	VTO PLUS	SLE-5000	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$58,000.00	$58,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID200B	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00
190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	2106140 0132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$49,000.00	$49,000.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$19,500.00	$19,500.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

198	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$19,500.00	$19,500.00

BIOSUPPORT
Excelencia en Tecnología médica

AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
R.F.C: ABI110629LA5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$19,500.00	$19,500.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						(SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00
204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$24,900.00	$24,900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
OFICINA DE CONSERVACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
N° LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026.

						NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

SUBTOTAL	$6,933,700.00
IVA	$1,109,392-00
TOTAL	$8,043,092.00

TOTAL: $8,043,092.00 (OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

CUERNAVACA, MORELOS A 22 DE MAYO DEL 2026
PROTESTO LO NECESARIO

ALAN ASAEL ROJAS JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
AMC BIOMEDICAL S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

ECONÓMICA

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DEL 2026.

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERÍA MEDICA S.A DE C.V	**RFC:** CSI-990730-SW9
DOMICILIO FISCAL: MANAGUA 685, COL. LINDAVISTA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO CP. 07300	**NO. PROVEEDOR:** 0000034862

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	CARDIOLINE	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
2	HGZ # 5 ZACATEPEC	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	CARDIOLINE	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	CARDIOLINE	ECG 200S	80608069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	460049-MI5905160059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
7	UMF # 3 JIUTEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
8	UMF # 23 CIVAC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
9	UMF # 18 ZAPATA	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	BTL-08-LT	073T0B001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS, AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS, DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA, DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	07601908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILET MIRAMAX	4173	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO. SE REQUIERE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIUENTO. SE REQUEIRE REVISIÓN Y AJUSTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, FLAT PANEL Y TUBO DE RAYOS X. REVISIÓN Y AJUSTE AL SISTEMA DE FRENADO. REHABILITACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 150,000.00	$ 150,000.00
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LR5002202004105	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO. SE REQUIERE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIUENTO. SE REQUEIRE REVISIÓN Y AJUSTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, FLAT PANEL Y TUBO DE RAYOS X. REVISIÓN Y AJUSTE AL	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 150,000.00	$ 150,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SISTEMA DE FRENADO. REHABILITACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.					
27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
28	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
29	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
30	UMF # 20 CUERNAVACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 350,000.00	$ 350,000.00
31	HGR # 1 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A CDR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 280,000.00	$ 280,000.00
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIC P9	LP9370176LP9	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO. SE REQUIERE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. SE REQUEIRE REVISIÓN Y AJUSTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, FLAT PANEL Y TUBO DE RAYOS X. REVISIÓN Y AJUSTE AL	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SISTEMA DE FRENADO. REHABILITACION GENERAL DEL EQUIPO.					
33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CCI32040028171	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CUAL CONSISTE EN: VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO , LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE ERRORES EN SOFTWARE, VERIFICACIÓN ELECTRICA Y ELECRÓNICA DE TODOS SUS COMPONENTES, MANTENIMIENTO A TRANSDUCTORES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
34	UMF # 20 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	40122120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CUAL CONSISTE EN: VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO , LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE ERRORES EN SOFTWARE, VERIFICACIÓN ELECTRICA Y ELECRÓNICA DE TODOS SUS COMPONENTES, MANTENIMIENTO A TRANSDUCTORES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	COSMOGAMMA	USIO	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
36	HGR # 1 CUERNAVACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION , REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN CASO DE REQUERIR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CALIBRACION Y/O AJUSTE DEL SOPORTE DE CUCHILLAS, REVISION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y DE SEGURIDAD.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

37	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1486	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
38	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 300	F-1338	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

39	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1150	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00
40	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1110	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

41	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1180	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC.. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
42	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1199	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC.. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

43	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1267	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00
44	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	COOPERSURGICAL	EEP SYSTEM 1000	9711F854	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

45	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01KGEI26	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
46	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	CONTEC MEDICAL	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 20,000.00	$ 20,000.00
47	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM059217	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 20,000.00	$ 20,000.00
48	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
49	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED-BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, Mexico, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

50	HGR # 1 CUERNAVACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	STORZ (ACMI ES LA MARCA DEL LENTE DE CISTOSCOPIO)	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. IMPORTANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL DEL BIEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y REPARACION O REEMPLAZO DEL LENTE DE CITOSCOPIO DE UROLOGIA, REEMPLAZO DEL FOCO DE LA FUENTE DE LUZ, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA, EN CASO DE FALLAR REEMPLAZAR	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
51	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
52	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
53	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	B435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.					
54	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
55	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
56	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

57	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
58	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
59	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
60	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

61	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
62	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
63	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
64	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
65	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

66	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391034HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
67	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391032HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
68	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391036HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
69	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391035HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
70	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	F-CU8-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

71	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	F-CU8-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
72	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	F-CU8-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
73	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34087	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
74	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	CONTEC	CMS8000	21062100181	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
75	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

76	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	CARDIOCAP/5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
77	HGR # 1 CUERNAVACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO, CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 4,000.00	$ 4,000.00
78	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE 7100 CON MONITOR	AMXP-01032	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

79	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01033	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	50,000.00	$	50,000.00
80	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01034	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

B1	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00401	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 50,000.00	$ 50,000.00
B2	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00402	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

83	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00403	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 50,000.00	$ 50,000.00
84	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00404	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

85	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00400	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 50,000.00	$ 50,000.00
86	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASH8-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

87	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
88	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
89	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05561	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

90	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
91	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
92	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

93	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
94	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
95	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

96	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
97	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1328	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

98	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1329	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
99	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1331	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

100	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1332	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
101	HGR # 1 CUERNAVACA	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO DE USO MULTIDISCIPLINAR	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE ÓPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE SISTEMA ARTICULADO ELECTROMECANICO DE MOVIMIENTOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE ILUMINACION A TRAVES DEL PRISMA, REVISION DE FUNTE DE LUZ, CALIBRACION DEL SISTEMA DE OPTICA, REVISION DE LA ESTRUCTURA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 80,000.00	$ 80,000.00
102	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	101600916-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.					
103	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 100	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, Mexico, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

104	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO. REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
105	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 99	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

106	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
107	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

108	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	IDI600916-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00
109	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	IDI600916-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

110	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 101	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
111	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 103	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
112	HGR # 1 CUERNAVACA	UPS DE LAMPARAS QX	DEWIMED	CLE-24V300W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 10,000.00	$ 10,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

113	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO CON REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS, REVISION Y/O CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y ELECTROVALVULAS, REVISION Y REPARACION DE TAPIZADO DE SILLON ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN REPARACION Y/O MATTO AL PROYECTOR DE LUZ, REVISANDO SISTEMA ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y CONSULTORIO	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
114	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TGI	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL REVISION DESUSTITUCION DE BOMBA DE VACIO, REVISION/ SUSTITUCION DE COMPONENTES DESGASTADOS Y/O DAÑADOS.	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
115	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	B-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
116	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECAK203BEG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

117	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
118	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16115002	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
119	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
120	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC CB23	230024507	CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS,LAVADO DE TRAMPAS DE VAPOR, CHEQUEO Y LIMPIEZA DE LINEA, REVISION DE LINEA DE AGUA, REVISION DE LINEA DE AIRE, LIMPIEZA DE CAMARA, CAMBIO DE JUNTAS DE VALVULAS CLAMP, REVISION Y/O CAMBIO DE VALVULAS TERMOSTATICAS, REVISION Y O CAMBIO DE VALVULAS DE SEGURIDAD, CHEQUEO Y/O REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y/O REPARACION DE BOMBA DE VACIO.	JCU I	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

121	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	GRUPO LORMA	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
122	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE CLASS CD	VC6030153	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
123	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
124	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	VT266027ILI75829	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

125	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
126	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
127	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONSIDERAR REFACCIONES DE LA MARCA O SIILARES EN CALIDAD PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS. SE DEBERA PRESENTAR Y ANEXAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD Y EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR ESTA ACCION	JCU I	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, Mexico, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

128	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
129	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
130	UMF # 18 ZAPATA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MATACHANA	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
131	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED LORMA	BKM Z24B	BKMZB16115011	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
132	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	MII-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
133	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16113004	MANTENIMINENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
134	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	MII-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA , REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
135	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

136	UMF # 23 CIVAC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEAN TEC CB23	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
137	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
138	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
139	UMF # 24 YECAPIXTLA	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VSLVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE INTERRUPTORES, FOCO PILOTO, TIMER Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
140	HGR # 1 CUERNAVACA	HORNO	ECOSHEL	9025L	2.01806E-11	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. REQUIERE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA SU PROGRAMACIÓN. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

141	GUARDERIA 001	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	IMMSA	AKGE-16164-GA	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VIII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
142	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 35,000.00	$ 35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

143	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

144	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 35,000.00	$ 35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

145	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

146	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 35,000.00	$ 35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

147	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MACUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

148	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 35,000.00	$ 35,000.00	

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

149	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

150	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUIOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

151	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, Mexico, Distrito Federal, C P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

152	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	75,000.00	$	75,000.00
153	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	75,000.00	$	75,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

154	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00
155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00
157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00
159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

160	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	191247591081AIU	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00
161	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	191247481081AIU	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

162	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	191247491081AIU	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
163	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081AIU	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIATRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00
165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIATRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00
173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	20155M636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	201SSM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00
175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	201SSM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTVIKTYIE0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA	VTO PLUS	SLE-5000	191247461081AIU	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00
181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	28,000.00	$	28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	28,000.00	$	28,000.00
183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	28,000.00	$	28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00809385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00
185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 26,000.00	$ 28,000.00
187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID2008	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	PHILIPS	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00
189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	21061400132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00
191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	TERAPIA RESPIRATORIA Y SOPORTE VITAL	10	$ 50,000.00	$ 50,000.00
192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, Mexico, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	NOICMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	20,000.00	$	20,000.00
194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	NOICMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	20,000.00	$	20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N0ICMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00
196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N0ICMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N0ICMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	20,000.00	$	20,000.00
198	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N0ICMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	20,000.00	$	20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00
200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00
204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

SUBTOTAL	$ 7,343,000.00
IVA	$ 1,174,880.00
TOTAL	$ 8,517,880.00

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1, 4, 5, 9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	CARDIOLINE	ECG 2005	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
2	HGZ # 5 ZACATEPEC	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	CARDIOLINE	ECG 2005	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	CARDIOLINE	ECG 2005	80608069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	460049-MI5905160059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
7	UMF # 3 JIUTEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	ECG2005	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
8	UMF # 23 CIVAC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
9	UMF # 18 ZAPATA	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	BTL-08-LT	073T08001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC.. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

						CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL. REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL	JCU VII	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC.. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	07601908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200-	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200-	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILET MIRAMAX	4173	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO. SE REQUIERE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIUENTO. SE REQUEIRE REVISIÓN Y AJUSTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, FLAT PANEL Y TUBO DE RAYOS X. REVISIÓN Y AJUSTE AL SISTEMA DE FRENADO. REHABILITACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 150,000.00	$ 150,000.00
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANOWIND	DR200MATE E	LRS002202004105	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO. SE REQUIERE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIUENTO. SE REQUEIRE REVISIÓN Y AJUSTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, FLAT PANEL Y TUBO DE RAYOS X. REVISIÓN Y AJUSTE AL SISTEMA DE FRENADO. REHABILITACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 150,000.00	$ 150,000.00
27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

28	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
29	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
30	UMF # 20 CUERNAVACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 350,000.00	$ 350,000.00
31	HGR # 1 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A CDR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 280,000.00	$ 280,000.00
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIC P9	LP9370176LP9	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO. SE REQUIERE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. SE REQUEIRE REVISIÓN Y AJUSTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, FLAT PANEL Y TUBO DE RAYOS X. REVISIÓN Y AJUSTE AL SISTEMA DE FRENADO.	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						REHABILITACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.					
33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC13204002BITI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CUAL CONSISTE EN: VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO , LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE ERRORES EN SOFTWARE, VERIFICACIÓN ELECTRICA Y ELECRÓNICA DE TODOS SUS COMPONENTES, MANTENIMIENTO A TRANSDUCTORES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
34	UMF # 20 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CUAL CONSISTE EN: VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO , LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE ERRORES EN SOFTWARE, VERIFICACIÓN ELECTRICA Y ELECRÓNICA DE TODOS SUS COMPONENTES, MANTENIMIENTO A TRANSDUCTORES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	JCU II	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	COSMOGAMMA	USIO	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
36	HGR # 1 CUERNAVACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION , REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN CASO DE REQUERIR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CALIBRACION Y/O AJUSTE DEL SOPORTE DE CUCHILLAS, REVISION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y DE SEGURIDAD.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

37	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1486	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC., Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

38	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 300	F-1338	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

39	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1150	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC.. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

40	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1110	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC.. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRURGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

41	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1180	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

42	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1199	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

43	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1267	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

44	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	COOPERSURGICAL	EEP SYSTEM 1000	971IF854	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
45	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01KGE126	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
46	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	CONTEC MEDICAL	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 20,000.00	$ 20,000.00
47	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM059217	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 20,000.00	$ 20,000.00
48	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

49	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED+BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
50	HGR # 1 CUERNAVACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	STORZ (ACMI ES LA MARCA DEL LENTE DE CISTOSCOPIO)	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. IMPORTANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL DEL BIEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y REPARACION O REEMPLAZO DEL LENTE DE CITOSCOPIO DE UROLOGIA, REEMPLAZO DEL FOCO DE LA FUENTE DE LUZ, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA, EN CASO DE FALLAR REEMPLAZAR	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
51	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

52	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
53	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	8435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
54	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

55	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
56	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
57	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

58	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
59	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
60	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

61	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
62	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
63	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00
64	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	JCU IV	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

65	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	30,000.00	$	30,000.00
66	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391034HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	30,000.00	$	30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

67	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391032HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
68	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391036HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

69	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	B650	SK416391035HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	30,000.00	$	30,000.00
70	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	F-CU8-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	30,000.00	$	30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

71	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	F-CUB-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	30,000.00	$	30,000.00
72	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	F-CUB-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	30,000.00	$	30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

73	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34087	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	30,000.00	$	30,000.00
74	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	CONTEC	CMS8000	21062100181	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	30,000.00	$	30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

75	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
76	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV EN ANESTESIA	GE	CARDIOCAP/5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (MEDICION DE CO2 Y GASES ANESTESICOS), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

77	HGR # 1 CUERNAVACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO, CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 4,000.00	$ 4,000.00
78	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE 7100 CON MONITOR	AMXP-01032	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

79	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01033	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACIÓN Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

80	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01034	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

81	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00401	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

82	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00402	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, Mexico, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

89	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00403	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

84	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00404	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

85	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00400	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	50,000.00	$	50,000.00
86	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	5,000.00	$	5,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).					
87	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
88	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).						
89	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV0556I	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
90	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).					
91	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
92	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE	JCU	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).						
93	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASH8-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
94	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).						
95	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00
96	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 5,000.00	$ 5,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).						
97	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1328	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

98	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMATI329	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC., Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

99	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1331	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC.. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

100	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1332	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00
101	HGR # 1 CUERNAVACA	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO DE USO MULTIDISCIPLINAR	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE ÓPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE SISTEMA ARTICULADO ELECTROMECANICO DE MOVIMIENTOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE ILUMINACION A TRAVES DEL PRISMA, REVISION DE FUNTE DE LUZ, CALIBRACION DEL SISTEMA DE OPTICA, REVISION DE LA ESTRUCTURA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	80,000.00	$	80,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

102	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00
103	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 100	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL; REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

104	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00
105	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 99	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

106	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00
107	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

108	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00
109	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

110	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 101	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00
111	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 103	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU 1	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$	40,000.00	$	40,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

112	HGR # 1 CUERNAVACA	UPS DE LAMPARAS QX	DEWIMED	CLE-24V300W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y ANESTESIA	4	$ 10,000.00	$ 10,000.00
113	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO CON REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS, REVISION Y/O CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y ELECTROVALVULAS, REVISION Y REPARACION DE TAPIZADO DE SILLON ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN REPARACION Y/O MATTO AL PROYECTOR DE LUZ, REVISANDO SISTEMA ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y CONSULTORIO	4	$ 30,000.00	$ 30,000.00
114	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TGI	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL REVISION DESUSTITUCION DE BOMBA DE VACIO, REVISION/ SUSTITUCION DE COMPONENTES DESCASTADOS Y/O DAÑADOS.	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

115	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
116	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECAK203BEG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

117	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
118	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16115002	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

119	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRONICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
120	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC C023	230024507	CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS,LAVADO DE TRAMPAS DE VAPOR, CHEQUEO Y LIMPIEZA DE LINEA, REVISION DE LINEA DE AGUA, REVISION DE LINEA DE AIRE, LIMPIEZA DE CAMARA, CAMBIO DE JUNTAS DE VALVULAS CLAMP, REVISION Y/O CAMBIO DE VALVULAS TERMOSTATICAS, REVISION Y O CAMBIO DE VALVULAS DE SEGURIDAD, CHEQUEO Y/O REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y/O REPARACION DE BOMBA DE VACIO.	JCU I	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
121	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	GRUPO LORMA	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

122	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE CLASS CD	VC6030153	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
123	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

124	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	VT266027IL175829	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
125	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

126	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
127	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONSIDERAR REFACCIONES DE LA MARCA O SIILARES EN CALIDAD PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS. SE DEBERA PRESENTAR Y ANEXAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD Y EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR ESTA ACCION	JCU I	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

128	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
129	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
130	UMF # 18 ZAPATA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MATACHANA	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
131	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED LORMA	BKM Z24B	BKMZB16115011	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
132	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	MII-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
133	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16113004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

134	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	MII-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION, VALVULAS, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS, AJUSTES EN GENERAL	JCU II	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
135	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
136	UMF # 23 CIVAC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEAN TEC CB23	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
137	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
138	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

139	UMF # 24 YECAPIXTLA	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VSLVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE INTERRUPTORES, FOCO PILOTO, TIMER Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
140	HGR # 1 CUERNAVACA	HORNO	ECOSHEL	9025L	2.01806E+11	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. REQUIERE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA SU PROGRAMACIÓN. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -
141	GUARDERIA 001	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	IMMSA	AKGE-16164-GA	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VIII	ESTERILIZACIÓN Y CONTROL INFECCIONES	5	$ -	$ -

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

142	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXICENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORRECIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

143	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

144	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, Mexico, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

145	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE RECULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

146	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

147	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

148	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

149	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

150	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

151	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	907031I	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	35,000.00	$	35,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

152	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	75,000.00	$	75,000.00
153	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	75,000.00	$	75,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
154	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	75,000.00	$	75,000.00
156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	75,000.00	$	75,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)						
157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE · AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00
159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 75,000.00	$ 75,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
160	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	191247591081AIU	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

161	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
162	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	191247491081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
163	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081A1U	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)						
166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMTIBI	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS [VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRONICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00
174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)						
175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00
177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	50,000.00	$	50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)						
178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTVIKTYIE0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00
180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA	VTO PLUS	SLE-5000	19124746108IAIU	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 50,000.00	$ 50,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)						
181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	28,000.00	$	28,000.00
183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	28,000.00	$	28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.						
184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO , PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00
186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.						
187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID2008	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SIMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	PHILIPS	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00
189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

						CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	2106140013 2	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SIMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00
191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA	JCU VII	TERAPIA RESPIRATORIA Y SOPORTE VITAL	10	$ 50,000.00	$ 50,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN						
192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	NOICMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00
194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	NOICMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.						
195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N0ICMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC) Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00
197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.							
198	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N0ICMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	20,000.00	$	20,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	NOICMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC), Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	20,000.00	$	20,000.00
200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	28,000.00	$	28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						(SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.						
201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, Mexico, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

						EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.						
203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H00024I	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026

204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,000.00	$ 28,000.00

SUBTOTAL	$ 7,343,000.00
IVA	$ 1,174,880.00
TOTAL	$ 8,517,880.00

IMPORTE SIN IVA: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PROTESTO LO NECESARIO

PERLA JOSELIN RIVAS CALZADA
APODERADA LEGAL DE CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERÍA MÉDICA S.A. DE C.V.

Corporativo en Servicios de Ingeniería Médica, S.A. de C.V.
RFC: CSI-990730-SW9
Managua No 685 Colonia Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, C.P. 07300

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

30
26

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos
Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento
Presente

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Anexo 8.-Propuesta Economica

Razon social: **Distribuidora Internacional Hospitalaria S.A de C.V** RFC **DIH-020515-AZA**
Domicilio fiscal: **Calle Fresa Mz 1 Lote 17 S/N Colonia Granjas Independencia, Ecatepec de Morelos Estado de México C.P 55290** No. de proveedor: **0000006265**
Estratificacion: Micro( ) **Pequeña (x)** Mediana ( )

PARTIDA 9, EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
142	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

143	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

144	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

145	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

146	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

147	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

148	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

149	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

150	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

151	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$30,000.00	$30,000.00
152	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$59,400.00	$59,400.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

153	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$59,400.00	$59,400.00
154	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$59,400.00	$59,400.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$59,400.00	$59,400.00
156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$59,400.00	$59,400.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$59,400.00	$59,400.00
158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$59,400.00	$59,400.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$59,400.00	$59,400.00
160	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247591081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,000.00	$38,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

161	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,000.00	$38,000.00
162	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247491081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,000.00	$38,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

163	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$38,000.00	$38,000.00
164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00
166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00
168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00
170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00
172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00
174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00
176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00
178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$40,000.00	$40,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$39,000.00	$39,000.00
180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR de alta frecuencia	VTO PLUS	SLE-5000	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$42,000.00	$42,000.00

Subtotal	$1,608,200.00
IVA	$257,312.00
Total	$1,865,512.00

Precio total de la propuesta: Un millon ochocientos sesenta y cinco mil quinientos doce pesos 00/100 m.n

Los precios ofertados seran fijos durante la vigencia del contrato.

Cuernavaca Morelos,22 de Mayo 2026

Atentamente

Ing. Francisco Beni Rojas Reyes
Representante legal

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos
Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento
Presente

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
Anexo 8.-Propuesta Economica

Razon social: **Distribuidora Internacional Hospitalaria S.A de C.V** RFC **DIH-020515-AZA**
Domicilio fiscal: **Calle Fresa Mz 1 Lote 17 S/N Colonia Granjas Independencia, Ecatepec de Morelos Estado de México C.P 55290** No. de proveedor: **0000006265**
Estratificacion: Micro( ) **Pequeña (x)** Mediana ( )

PARTIDA 10, EQUIPOS DE DIAGNOSTICO

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$29,000.00	$29,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTIC O	10	$29,000.00	$29,000.00
183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTIC O	10	$29,000.00	$29,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTIC O	10	$29,000.00	$29,000.00
185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTIC O	10	$29,000.00	$29,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$31,000.00	$31,000.00
187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID200B	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$36,000.00	$36,000.00
189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$30,000.00	$30,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	21061400132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$26,000.00	$26,000.00
191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$40,000.00	$40,000.00
192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$26,000.00	$26,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$26,000.00	$26,000.00
194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$28,000.00	$28,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$28,000.00	$28,000.00
196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$28,000.00	$28,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$28,000.00	$28,000.00
198	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$28,000.00	$28,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$26,000.00	$26,000.00
200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$33,000.00	$33,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$31,000.00	$31,000.00
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$31,000.00	$31,000.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

REPARACION, MANTENIMIENTO, RENTA DE EQUIPO MEDICO Y VENTA DE REFACCIONES

203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$31,000.00	$31,000.00
204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$31,000.00	$31,000.00

Subtotal	$713,000.00
IVA	$114,080.00
Total	$827,080.00

Precio total de la propuesta: Ochocientos veintisiete mil ochenta pesos 00/100 m.n

Los precios ofertados seran fijos durante la vigencia del contrato.

Cuernavaca Morelos,22 de Mayo 2026

Atentamente

Ing. Francisco Beni Rojas Reyes
Representante legal

$2,321,200.00

CALLE FRESA MZ.1, LT.17, S/NUM.
GRANJAS INDEPENDENCIA
C.P 55290 ECATEPEC, EDO. DE MEXICO

TEL. 55-2867-3896
www.dihsa.com
E-mail. jorgelventas@dihsa.mx
licitaciones@dihsa.mx

GARKEN MEDICAL

GARKEN MEDICAL, S.A. DE C.V
RFC: GME170117QQ4

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE CONSERVACION

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

RAZÓN SOCIAL **GARKEN MEDICAL** RFC **GME170117QQ4**

DIRECCIÓN **Av. Domingo Diez N° 1003, 5to Piso, Módulo A Col. El Empleado, C.P. 62250, Cuernavaca, Morelos**

NO. PROVEEDOR **00144794**

ESTRATIFICACIÓN ( ) **MICRO** ( ) **PEQUEÑA** ( ) **MEDIANA** (X) **GRANDE**

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
2	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	80608069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	049-M1590516	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
7	UMF # 3 JIUTEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
8	UMF # 23 CIVAC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
9	UMF # 18 ZAPATA	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	BTL-08-LT	073T0B001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	JCU VII	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37

14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	07601908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILET MIRAMAX	4173	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LRS002202004 105	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
27	HGR # 1 CUERNAVAC A	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
28	HGR # 1 CUERNAVAC A	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
29	HGR # 1 CUERNAVAC A	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
30	UMF # 20 CUERNAVAC A	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
31	HGR # 1 CUERNAVAC A	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A COR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIG P9	LP9370176LP9	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC1320400281 T1	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU III	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
34	UMF # 20 CUERNAVAC A	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU II	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37

35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	Cosmogamma	US10	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	Diagnóstico por Imagen	1	$ 36,947.37	$ 36,947.37
36	HGR # 1 CUERNAVACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION , REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN CASO DE REQUERIR. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CALIBRACION Y/O AJUSTE DEL SOPORTE DE CUCHILLAS, REVISION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y DE SEGURIDAD.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
37	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1486	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
38	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 300	F-1338	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
39	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1150	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
40	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1110	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

41	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1180	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
42	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1199	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
43	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1267	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
44	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	COOPERSURGICAL	EEP SYSTEM 1000	9711F854	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
45	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	XCALIBUR PLU	01KGE126	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
46	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ONTEC MEDICA	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
47	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM059217	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

48	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
49	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED+BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
50	HGR # 1 CUERNAVACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	MARCA DEL LEN	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. IMPORTANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL DEL BIEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y REPARACION O REEMPLAZO DEL LENTE DE CITOSCOPIO DE UROLOGIA, REEMPLAZO DEL FOCO DE LA FUENTE DE LUZ. REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA, EN CASO DE FALLAR REEMPLAZAR	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
51	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
52	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
53	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	8435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
54	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
55	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
56	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
57	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
58	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

59	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
60	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
61	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
62	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
63	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
64	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
65	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
66	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391034HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
67	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391032HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
68	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391036HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

69	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391035HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
70	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
71	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
72	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
73	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34087	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
74	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	CONTEC	CMS8000	21062100161	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

75	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
76	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	CARDIOCAP /5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
77	HGR # 1 CUERNAVACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO, CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
78	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE 7100 CON MONITOR	AMXP-01032	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
79	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01033	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
80	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01034	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

81	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00401	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
82	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00402	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
83	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00403	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
84	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00404	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

85	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00400	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES OE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
86	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
87	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
88	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
89	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	86JV05561	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
90	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
91	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

92	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
93	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
94	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
95	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
96	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
97	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1328	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
98	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1329	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

99	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1331	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
100	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1332	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
101	HGR # 1 CUERNAVACA	pio quirúrgico de uso multi	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE ÓPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE SISTEMA ARTICULADO ELECTROMECANICO DE MOVIMIENTOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE ILUMINACION A TRAVES DEL PRISMA, REVISION DE FUNTE DE LUZ, CALIBRACION DEL SISTEMA DE OPTICA, REVISION DE LA ESTRUCTURA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
102	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	EWILUX 160 LE	ID1600916-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
103	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	EWILUX 160 LE	374 009021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
104	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	EWILUX 160 LE	ID1600916-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

105	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	4374 009021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
106	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
107	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
108	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
109	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	EWILUX 160 LE	ID1600916-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
110	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	374 009021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07

111	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	1374 009 021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
112	HGR # 1 CUERNAVACA	UPS DE LAMPARAS QX	DEWIMED	CLE-24V300W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
113	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO CON REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS, REVISION Y/O CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y ELECTROVALVULAS, REVISION Y REPARACION DE TAPIZADO DE SILLON ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN REPARACION Y/O MATTO AL PROYECTOR DE LUZ, REVISANDO SISTEMA ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos especializados y consultorio	4	$ 34,784.07	$ 34,784.07
114	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TG1	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL REVISION DESUSTITUCION DE BOMBA DE VACIO, REVISION/ SUSTITUCION DE COMPONENTES DESGASTADOS Y/O DAÑADOS.	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
115	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
116	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECAK203 8EG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
117	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
118	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB161150 02	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
119	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68

120	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC CB23	230024507	cambio de empaques de puertas,lavado de trampas de vapor, chequeo y limpieza de linea, revision de linea de agua, revision de linea de aire, limpieza de camara, cambio de juntas de valvulas clamp, revision y/o cambio de valvulas termostaticas, revision y o cambio de valvulas de seguridad, chequeo y/o reparacion de tarjetas electronicas, revision y/o reparacion de bomba de vacio.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
121	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	GRUPO LORMA	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
122	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	TALE CLASS C	VC6030153	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RE	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
123	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RE	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
124	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	T2660271L17S8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
125	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
126	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
127	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR. REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONSIDERAR REFACCIONES DE LA MARCA O SIILARES EN CALIDAD PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS. SE DEBERA PRESENTAR Y ANEXAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD Y EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR ESTA ACCION	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
128	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
129	UMF # 3 JIUTEPEC	ADOR DE VAPOR AUTOG	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
130	UMF # 18 ZAPATA	ADOR DE VAPOR AUTOG	MATACHANA	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
131	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	AB MED LORM	BKM Z24B	BKMZB1611501	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
132	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68

133	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-224B	BKMZB1611300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
134	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA , REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
135	UMF # 3 JIUTEPEC	R AUTOGENERADO PARA	RITTER	LEANTECCB2	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
136	UMF # 23 CIVAC	R AUTOGENERADO PARA	RITTER	LEAN TEC CB	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
137	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
138	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	LEANTECCB2	CB230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
139	UMF # 24 YECAPIXTLA	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VSLVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE INTERRUPTORES, FOCO PILOTO, TIMER Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
140	HGR # 1 CUERNAVACA	HORNO	ECOSHEL	9025L	2.01806E+11	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. REQUIERE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA SU PROGRAMACIÓN. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
141	GUARDERIA 00	ADOR DE VAPOR AUTOG	IMMSA	KGE-16164-G	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VIII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,473.68	$ 49,473.68
142	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08

143	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICA	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
144	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICA	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
145	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICA	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08

146	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
147	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
148	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08

149	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICA	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
150	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICA	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
151	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICA	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
152	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA. TORNILLERIA. CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER. FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08

153	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
154	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08

158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
160	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247591081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
161	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
162	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247491081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08

163	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT616	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08

168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICAD	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICAD	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICAD	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICAD	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICAD	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08

173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08

178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICAD	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2. FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2. FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR de alta frecuencia	VTO PLUS	SLE-5000	191247481081 A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE V	9	$ 39,757.08	$ 39,757.08
181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21

183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03KS2661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	ARDIO-AID20	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21

189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	2106140132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21

195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION OEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
198	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21

200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21
204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 16,684.21	$ 16,684.21

IMPORTE TOTAL CON LETRA: OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 32/100 M.N.

SUBTOTAL	$ 7,342,526.14
IVA	$ 1,174,804.18
TOTAL	$ 8,517,330.32

ATENTAMENTE

CESAR ADRIAN ARIAS FRANCO
APODERADO LEGAL
GARKEN MEDICAL

13
13 de

humancare

Human Care HS, S. A. de C. V.
RFC: HCH180626SJA
humancarehs@gmail.com

PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 8

Ciudad de México a 22 de mayo de 2026.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
P R E S E N T E

RAZON SOCIAL	HUMAN CARE HS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL	Periférico Sur 4349, Loc.13, Int.7, Jardines en la Montaña, Tlalpan, CP 14210, CDMX
TELEFONO	55 2073 3637

RFC	HCH180626SJA
NO.PROVEEDOR	000014767100
CORREO ELECTRONICO	humancarehs@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN: ***MICRO ( )*** ***PEQUEÑA (X)*** ***MEDIANA ( )***

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	Descripcion del mantenimiento requerido	JCU	Partida por tipo	Partida	Precios unitarios	Importe
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$79,768.64	$79,768.64
2	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	80606069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$79,768.64	$79,768.64
5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$79,768.64	$79,768.64
6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	460049-M15905 160059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
7	UMF # 3 JIUTEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
8	UMF # 23 CIVAC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
9	UMF # 18 ZAPATA	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	BTL-08-LT	073T08001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38

11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	07601908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$14,503.38	$14,503.38
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILET MIRAMAX	4173	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico,	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$119,652.96	$119,652.96
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LRS0022020041 05	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico,	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$119,652.96	$119,652.96
27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$119,652.96	$119,652.96
28	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$119,652.96	$119,652.96

29	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$119,652.96	$119,652.96
30	UMF # 20 CUERNAVACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA ,	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$119,652.96	$119,652.96
31	HGR # 1 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE,	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$79,768.64	$79,768.64
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIG P9	LP9370176LP9	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico,	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$79,768.64	$79,768.64
33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC1320400281 T1	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$79,768.64	$79,768.64
34	UMF # 20 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$79,768.64	$79,768.64
35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	Cosmogamma	US10	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$79,768.64	$79,768.64
36	HGR # 1 CUERNAVACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION , REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
37	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1486	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
38	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 300	F-1338	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
39	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1150	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
40	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1110	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
41	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1180	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
42	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1199	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
43	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1267	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
44	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	COOPERSURGICAL	EEP SYSTEM 1000	9711F854	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
45	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01KGE126	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
46	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	CONTEC MEDICAL	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88

47	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM059217	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
48	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
49	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED+ BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
50	HGR # 1 CUERNAVACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	STORZ (ACMI ES LA MARCA DEL LENTE DE CISTOSCOPIO)	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
51	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
52	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
53	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	B435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
54	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
55	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
56	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
57	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
58	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
59	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
60	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
61	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
62	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
63	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
64	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88

65	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
66	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391034HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
67	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391032HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
68	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391036HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
69	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391035HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
70	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
71	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
72	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
73	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34087	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
74	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	CONTEC	CMS8000	21062100181	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
75	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
76	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	CARDIOCAP/5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
77	HGR # 1 CUERNAVACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO, CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
78	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE 7100 CON MONITOR	AMXP-01032	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
79	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01033	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
80	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01034	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
81	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00401	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
82	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00402	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88

83	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00403	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
84	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00404	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
85	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00400	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
86	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
87	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
88	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
89	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05561	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
90	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
91	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
92	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
93	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
94	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
95	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
96	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
97	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1328	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
98	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1329	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
99	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1331	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
100	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1332	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO,	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88

101	HGR # 1 CUERNAVACA	Microscopio quirúrgico de uso multidisciplinar	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE ÓPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
102	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
103	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 100	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
104	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
105	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 99	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
106	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
107	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
108	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
109	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
110	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 101	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
111	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 103	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
112	HGR # 1 CUERNAVACA	UPS DE LAMPARAS QX	DEWIMED	CLE-24V300 W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$38,668.88	$38,668.88
113	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA	JCU I	Equipos especializados y consultorio	4	$38,668.88	$38,668.88
114	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TG1	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$137,900.00	$137,900.00
115	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$137,900.00	$137,900.00
116	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECAK2038EG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$137,900.00	$137,900.00
117	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$137,900.00	$137,900.00
118	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16115002	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$137,900.00	$137,900.00

119	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$137,900.00	$137,900.00
120	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC CB23	230024507	cambio de empaques de puertas,lavado de trampas de vapor, chequeo y limpieza de linea, revision de linea de agua, revision de linea de aire, limpieza de camara, cambio	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
121	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	GRUPO LORMA	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA,	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
122	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE CLASS CD	VC6030153	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
123	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
124	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	VT2660271L175829	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
125	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
126	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
127	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$30,644.45	$30,644.45
128	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$30,644.45	$30,644.45
129	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$30,644.45	$30,644.45
130	UMF # 18 ZAPATA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MATACHANA	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$30,644.45	$30,644.45
131	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED LORMA	BKM Z24B	BKMZB16115011	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$30,644.45	$30,644.45
132	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS ,	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$30,644.45	$30,644.45
133	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16113004	MANTENIMINENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION ,	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$30,644.45	$30,644.45
134	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA , REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS ,	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$30,644.45	$30,644.45
135	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEANTECC B23	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
136	UMF # 23 CIVAC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEAN TEC CB23	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39

137	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA,	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
138	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	CLEANTECC B23	C8230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA,	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
139	UMF # 24 YECAPIXTL A	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA,	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
140	HGR # 1 CUERNAVA CA	HORNO	ECOSHEL	9025L	201806093729	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$21,215.39	$21,215.39
141	GUARDERIA 001	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	IMMSA	AKGE-16164-GA	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y	JCU VIII	Esterilización y control infecciones	5	$30,644.45	$30,644.45
142	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
143	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
144	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
145	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
146	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
147	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
148	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
149	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
150	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
151	HGR # 1 CUERNAVA CA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
152	HGR # 1 CUERNAVA CA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
153	HGR # 1 CUERNAVA CA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
154	HGR # 1 CUERNAVA CA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00

155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
160	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247591081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
161	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
162	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247491081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
163	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00

173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR de alta frecuencia	VTO PLUS	SLE-5000	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$69,205.00	$69,205.00
181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$16,931.59	$16,931.59
182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$16,931.59	$16,931.59
183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$16,931.59	$16,931.59
184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$16,931.59	$16,931.59
185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$16,931.59	$16,931.59
186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$16,931.59	$16,931.59
187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID200B	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$16,931.59	$16,931.59
188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$16,931.59	$16,931.59
189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$16,931.59	$16,931.59
190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	21061400132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$11,287.73	$11,287.73

191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$50,794.75	$50,794.75
192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$11,287.73	$11,287.73
193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$11,287.73	$11,287.73
194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$11,287.73	$11,287.73
195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$11,287.73	$11,287.73
196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$11,287.73	$11,287.73
197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$11,287.73	$11,287.73
198	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$11,287.73	$11,287.73
199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$11,287.73	$11,287.73
200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$40,636.00	$40,636.00
201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$40,636.00	$40,636.00
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS,	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$40,636.00	$40,636.00
203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS,	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$40,636.00	$40,636.00
204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS,	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$40,636.00	$40,636.00
										SUBTOTAL	**$9,262,754.25**
										IVA	**$1,482,040.68**
										TOTAL	$10,744,794.93

IMPORTE CON LETRA: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL PRECIO PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN.

Presentación **Un = Unidad de Medida** **Cant = Cantidad** **Tipo = Tipo de Presentación**

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ciudad de México a 22 de mayo de 2026.
Protesto lo necesario

SAMUEL LARA NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
HUMAN CARE HS, S.A. DE C.V.

INBIPSA
INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No.: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

ANEXO 8

PROPUESTA ECONÓMICA

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PRESENTAR A USTED, MI PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE COMPRENDE EL BIEN SOLICITADO

Licitación Pública Nacional Electrónica numero: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026	Fecha: 22-5-2026
Razón Social : INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	
Núm. Proveedor IMSS: 90440	RFC: IBS050524DJ6
Teléfonos: 999-750-18-23	Correo Electrónico atencion@ing-biomedica.com finanzas@ing-biomedica.com inbios1@gmail.com
Estratificación de la Razón Social MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( ) GRANDE ( )	
Localidad: AV. INSURGENTES SUR NO. 716 8, COLONIA DEL VALLE, ALCALDIA: BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100	

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
CONCURSO Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$14,500.00	$14,500.00

2	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$14,500.00	$14,500.00
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	80608069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$14,500.00	$14,500.00
4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$18,200.00	$18,200.00

5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$18,200.00	$18,200.00
6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	049-M15905160	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00
7	UMF # 3 JIUTEPEC	TROCARDIOGR	CARDIOLINE	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00
8	UMF # 23 CIVAC	TROCARDIOGR	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00
9	UMF # 18 ZAPATA	TROCARDIOGR	BTL	BTL-08-LT	073T0B001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00

10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00
11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIE	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00

12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00

13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00

14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00
15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00

16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCAR DIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	07601908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$19,600.00	$19,600.00
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCAR DIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$10,100.00	$10,100.00
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCAR DIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$10,100.00	$10,100.00
19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCAR DIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$10,100.00	$10,100.00
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCAR DIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$10,100.00	$10,100.00
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCAR DIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$10,100.00	$10,100.00
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCAR DIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$10,100.00	$10,100.00
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCAR DIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$10,100.00	$10,100.00
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCAR DIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$10,100.00	$10,100.00

25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILET MIRAMAX	4173	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$90,000.00	$90,000.00
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LRS00220200 4105	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$190,000.00	$190,000.00

27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$198,000.00	$198,000.00
28	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$198,000.00	$198,000.00
29	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$49,000.00	$49,000.00

30	UMF # 20 CUERNAVACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$80,000.00	$80,000.00

31	HGR # 1 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A CDR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$99,800.00	$99,800.00
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIG P9	LP9370176LP9	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$99,800.00	$99,800.00

33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC1320400281T1	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$99,800.00	$99,800.00
34	UMF # 20 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$99,800.00	$99,800.00
35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	Cosmogamma	US10	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$55,000.00	$55,000.00
										Subtotal	$1,635,500.00
										IVA	$261,680.00
										Total	$1,897,180.00

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- LOS SERVICIOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE ESTAS BASES.
- LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VÍGENCIA DEL CONTRATO.

CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE MAYO DE 2026

A T E N T A M E N T E

LIC. OSCAR CARREÓN GUTIÉRREZ

INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

INBIPSA
INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No.: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

ANEXO 8

PROPUESTA ECONÓMICA

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PRESENTAR A USTED, MI PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE COMPRENDE EL BIEN SOLICITADO

Licitación Pública Nacional Electrónica numero: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026	Fecha: 22-5-2026
Razón Social: INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	
Núm. Proveedor IMSS: 90440	RFC: IBS050524DJ6
Teléfonos: 999-750-18-23	Correo Electrónico atencion@ing-biomedica.com finanzas@ing-biomedica.com inbios1@gmail.com
Estratificación de la Razón Social MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( ) GRANDE ( )	
Localidad: AV. INSURGENTES SUR NO. 716 8, COLONIA DEL VALLE, ALCALDIA: BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100	

DEPENDENCIA:	ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
CONCURSO	Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE						

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE						

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE					

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE						

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE						

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE					

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE					

| | | |

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE						

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE							

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMETRIC										

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMETRIC											

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMETRIC									

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER. FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMETRIC													

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD					
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMETRIC									

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMETRIC												

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD					
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMETRIC										

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMETRIC											

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
- - -	HGR # 1	Ventilador neonatal para cuidados			191247591081							

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	Ventilador neonatal para cuidados			191247481081									

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	Ventilador neonatal para cuidados			191247491081							

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD					
		HGR # 1	Ventilador neonatal para cuidados			19 12 4 783							

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD					
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-										

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-												

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-										

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD							
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-												

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-											

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-												



						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-										

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-											

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-										

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-												

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-										

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRIC										

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-										

							SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD								
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-													

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-										

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD						
	HGR # 1	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-										

						SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y						
---	HGR # 1	VENTILADOR de			19124748108	SEGURIDAD						

Subtotal	$2,442,000.00
IVA	$390,720.00
Total	$2,832,720.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- LOS SERVICIOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE ESTAS BASES.
- LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VÍGENCIA DEL CONTRATO.

CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE MAYO DE 2026

A T E N T A M E N T E

LIC. OSCAR CARREÓN GUTIÉRREZ

INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

INBIPSA
INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No.: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

ANEXO 8

PROPUESTA ECONÓMICA

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PRESENTAR A USTED, MI PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE COMPRENDE EL BIEN SOLICITADO

Licitación Pública Nacional Electrónica numero: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026	Fecha: 22-5-2026
Razón Social : INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	
Núm. Proveedor IMSS: 90440	RFC: IBS050524DJ6
Teléfonos: 999-750-18-23	Correo Electrónico atencion@ing-biomedica.com finanzas@ing-biomedica.com inbios1@gmail.com
Estratificación de la Razón Social MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( ) GRANDE ( )	
Localidad: AV. INSURGENTES SUR NO. 716 6, COLONIA DEL VALLE, ALCALDIA: BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100	

DEPENDENCIA:	ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
CONCURSO	Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe

181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$27,100.00	$27,100.00

182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$27,100.00	$27,100.00

183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$27,100.00	$27,100.00

184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$27,100.00	$27,100.00

185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$27,100.00	$27,100.00

186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$27,100.00	$27,100.00

187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	ARDIO-AID200	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	jCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$27,100.00	$27,100.00

188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$27,100.00	$27,100.00

189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$27,100.00	$27,100.00

190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	21061400132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$32,100.00	$32,100.00

191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$47,800.00	$47,800.00

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACIO N INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIEN TE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA							
			ELECTROCAR													

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA						
		ELECTROCAR										

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACIO N INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIEN TE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA							
			ELECTROCAR												

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACIO N INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIEN TE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA					
		ELECTROCAR									

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACIO N INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIEN TE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA						

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA						
		ELECTROCAR										

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA						
		ELECTROCAR											

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACIO N INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT O DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIEN TE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA						
		ELECTROCAR										

200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$30,800.00	$30,800.00

201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$30,800.00	$30,800.00

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	ZOLL	M2	BA20H000269		JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$30,800.00	$30,800.00

203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$30,800.00	$30,800.00

								REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL										

Subtotal	$694,600.00
IVA	$111,136.00
Total	$805,736.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- LOS SERVICIOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE ESTAS BASES.
- LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VÍGENCIA DEL CONTRATO.

CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE MAYO DE 2026

A T E N T A M E N T E

LIC. OSCAR CARREÓN GUTIÉRREZ

INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

INBIPSA
INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No.: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

ANEXO 6

PROPUESTA ECONÓMICA

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PRESENTAR A USTED, MI PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE COMPRENDE EL BIEN SOLICITADO

Licitación Pública Nacional Electrónica numero: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026	Fecha: 22-5-2026
Razón Social : INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	
Núm. Proveedor IMSS: 90440	RFC: IBS050524DJ6
Teléfonos: 999-750-18-23	Correo Electrónico atencion@ing-biomedica.com finanzas@ing-biomedica.com inbios1@gmail.com
Estratificación de la Razón Social MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( ) GRANDE ( )	
Localidad: AV. INSURGENTES SUR NO. 716 8, COLONIA DEL VALLE, ALCALDIA: BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100	

DEPENDENCIA: CONCURSO	ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe

114	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TG1	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL REVISION DESUSTITUCION DE BOMBA DE VACIO, REVISION/ SUSTITUCION DE COMPONENTES DESGASTADOS Y/O DAÑADOS.	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$41,100.00	$41,100.00

115	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$41,100.00	$41,100.00

116	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECAK2038EG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control Infecciones	5	$41,100.00	$41,100.00

117	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$41,100.00	$41,100.00	

118	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16115002	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$41,100.00	$41,100.00

119	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$41,100.00	$41,100.00

120	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC CB23	230024507	cambio de empaques de puertas,lavado de trampas de vapor, chequeo y limpieza de linea, revision de linea de agua, revision de linea de aire, limpieza de camara, cambio de juntas de valvulas clamp, revision y/o cambio de valvulas termostaticas, revision y o cambio de valvulas de seguridad, chequeo y/o reparacion de tarjetas electronicas, revision y/o reparacion de bomba de vacio.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$19,900.00	$19,900.00
121	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	GRUPO LORMA	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$19,900.00	$19,900.00

122	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	ITALE CLASS C	VC6030153	SE REQUIERE DE M	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$19,900.00	$19,900.00	
123	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	SE REQUIERE DE M	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$19,900.00	$19,900.00	
124	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	2660271L1758	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$19,900.00	$19,900.00	

125	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$19,900.00	$19,900.00	

126	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$19,900.00	$19,900.00

127	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONSIDERAR REFACCIONES DE LA MARCA O SIILARES EN CALIDAD PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS. SE DEBERA PRESENTAR Y ANEXAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD Y EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR ESTA ACCION	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$41,200.00	$41,200.00

128	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$41,200.00	$41,200.00
129	UMF # 3 JIUTEPEC	R DE VAPOR AU	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$27,800.00	$27,800.00
130	UMF # 18 ZAPATA	R DE VAPOR AU	MATACHANA	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$27,800.00	$27,800.00

131	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	AB MED LORM	BKM Z24B	KMZB1611501	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$41,200.00	$41,200.00
132	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$41,200.00	$41,200.00
133	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-Z24B	KMZB1611300	MANTENIMINENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$41,200.00	$41,200.00

134	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA , REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$41,200.00	$41,200.00
135	UMF # 3 JIUTEPEC	OGENERADO F	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$41,200.00	$41,200.00
136	UMF # 23 CIVAC	OGENERADO F	RITTER	LEAN TEC CB2	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$41,200.00	$41,200.00
137	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$15,000.00	$15,000.00

138	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$15,000.00	$15,000.00

139	UMF # 24 YECAPIXTLA	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VSLVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE INTERRUPTORES, FOCO PILOTO, TIMER Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$15,000.00	$15,000.00

140	HGR # 1 CUERNAVACA	HORNO	ECOSHEL	9025L	201806093729	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. REQUIERE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA SU PROGRAMACIÓN. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$21,000.00	$21,000.00

141	GUARDERIA 00	R DE VAPOR AU	IMMSA	AKGE-16164-GA	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VIII	Esterilización y control infecciones	5	$38,000.00	$38,000.00
										Subtotal	$675,100.00
										IVA	$140,016.00
										Total	$1,015,116.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N. MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- LOS SERVICIOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE ESTAS BASES.
- LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VÍGENCIA DEL CONTRATO.

CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE MAYO DE 2026

A T E N T A M E N T E

LIC. OSCAR CARREÓN GUTIÉRREZ

INBIPSA
INGENIERIA BIOMÉDICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No.: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.

ANEXO 6

PROPUESTA ECONÓMICA

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PRESENTAR A USTED, MI PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE COMPRENDE EL BIEN SOLICITADO

Licitación Pública Nacional Electrónica numero: LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026	Fecha: 22-5-2026
Razón Social : INGENIERIA BIOMÉDICA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	
Núm. Proveedor IMSS: 90440	RFC: IBS050524DJ6
Teléfonos: 999-750-18-23	Correo Electrónico atencion@ing-biomedica.com finanzas@ing-biomedica.com inbios1@gmail.com
Estratificación de la Razón Social MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( ) GRANDE ( )	
Localidad: AV. INSURGENTES SUR NO. 716 8, COLONIA DEL VALLE, ALCALDIA: BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100	

DEPENDENCIA: CONCURSO	ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe

36	HGR # 1 CUERNAVACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION , REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN CASO DE REQUERIR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CALIBRACION Y/O AJUSTE DEL SOPORTE DE CUCHILLAS, REVISION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y DE SEGURIDAD.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$31,500.00	$31,500.00	

							EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA							

						EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA						

							EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA						

						EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA						

							EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA						

						EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION). LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA						

							EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA						

						EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA						

45	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	XCALIBUR PLU	01KGE126	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$28,600.00	$28,600.00

46	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ONTEC MEDICA	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$23,300.00	$23,300.00
47	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM059217	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$23,300.00	$23,300.00

48	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$30,800.00	$30,800.00
49	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED+BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$30,800.00	$30,800.00

50	HGR # 1 CUERNAVACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	IARCA DEL LEN	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. IMPORTANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL DEL BIEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y REPARACION O REEMPLAZO DEL LENTE DE CITOSCOPIO DE UROLOGIA, REEMPLAZO DEL FOCO DE LA FUENTE DE LUZ, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA, EN CASO DE FALLAR REEMPLAZAR	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$71,000.00	$71,000.00		

51	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

52	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

53	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	B435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

54	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

55	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

56	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

57	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

58	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

59	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

60	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

61	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.					
62	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N		JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,700.00	$29,700.00
63	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$15,200.00	$15,200.00
64	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento pr	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$15,200.00	$15,200.00

65	HGR # 1 CUERNAVACA	SV en anestesi	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00	

66	HGR # 1 CUERNAVACA	SV en anestesi	GE	B650	K416391034HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

67	HGR # 1 CUERNAVACA	SV en anestesi	GE	B650	K416391032HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

68	HGR # 1 CUERNAVACA	ISV en anestesi	GE	B650	K416391036HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

69	HGR # 1 CUERNAVACA	SV en anestesi	GE	B650	SK416391035 HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

70	HGR # 1 CUERNAVACA	SV en anestesi	GE	F-CU8-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

71	HGR # 1 CUERNAVACA	ISV en anestesi	GE	F-CU8-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00		1

72	HGR # 1 CUERNAVACA	ISV en anestesi	GE	F-CU8-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

73	HGR # 1 CUERNAVACA	SV en anestesi	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34087	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

74	HGR # 1 CUERNAVACA	SV en anestesi	CONTEC	CMS8000	21062100181	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

75	HGR # 1 CUERNAVACA	SV en anestesi	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

76	HGR # 1 CUERNAVACA	ISV en anestesi	GE	CARDIOCAP/5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00
77	HGR # 1 CUERNAVACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO, CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$29,100.00	$29,100.00

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE						

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE						

							REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE						

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE						

| | | |

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE						

| | | |

						REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE						

86	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

87	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

88	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

89	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05561	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

90	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

91	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

92	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

93	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

94	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

95	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

96	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$5,000.00	$5,000.00

						EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA					

							EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA						

						EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA						

							EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA							

101	HGR # 1 CUERNAVACA	uirúrgico de uso r	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE ÓPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE SISTEMA ARTICULADO ELECTROMECANICO DE MOVIMIENTOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE ILUMINACION A TRAVES DEL PRISMA, REVISION DE FUNTE DE LUZ, CALIBRACION DEL SISTEMA DE OPTICA, REVISION DE LA ESTRUCTURA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$25,000.00	$25,000.00

102	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	EWILUX 160 LE	ID1600916-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

103	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	EWILUX 160 LE	374 009 021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

104	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	EWILUX 160 LE	ID1600916-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

105	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	1374 009 021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

106	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

107	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

108	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

109	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	EWILUX 160 LE	ID1600916-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

110	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	374 009 021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

111	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	374 009 021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$37,100.00	$37,100.00

112	HGR # 1 CUERNAVACA	DE LAMPARAS	DEWIMED	CLE-24V300W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesla	4	$38,700.00	$38,700.00

113	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO CON REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS, REVISION Y/O CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y ELECTROVALVULAS, REVISION Y REPARACION DE TAPIZADO DE SILLON ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN REPARACION Y/O MATTO AL PROYECTOR DE LUZ, REVISANDO SISTEMA ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos especializados y consultorio	4	$31,100.00	$31,100.00
										Subtotal	$2,446,000.00
										IVA	$391,360.00
										Total	$2,837,360.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- LOS SERVICIOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE ESTAS BASES.
- LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VÍGENCIA DEL CONTRATO.

CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE MAYO DE 2026

ATENTAMENTE

LIC. OSCAR CARREÓN GUTIÉRREZ

INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

NUMERAL 4 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR
SUBNUMERAL 4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO NO. 8

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2026.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE.

DEPENDENCIA:	**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS**
CONCURSO	**Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026**

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	**UNIDAD MÉDICA**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**descripcion del mantenimiento requerido**	**JCU**	**partida por tipo**	**partida**	**Precios unitarios**	**Importe**
142	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	**$ 25,000.00**	**$ 25,000.00**

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
143	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
144	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
145	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
146	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
147	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
148	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
149	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
150	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
151	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
152	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
153	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
154	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 45,000.00	$ 45,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
160	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247591081A1U	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
161	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247481081A1U	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
162	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247491081A1U	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
163	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081A1U	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SIMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 20,000.00	$ 20,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E0360	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR de alta frecuencia	VTO PLUS	SLE-5000	191247481081A1U	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
IMPORTE TOTAL EN LETRA INCLUYE I.V.A.= UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.										**SUBTOTAL=**	**$ 1,055,000.00**
										I.V.A.=	**$ 168,800.00**
										TOTAL=	**$ 1,223,800.00**

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID200B	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	21061400132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00
191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$ 25,000.00	$ 25,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN					
192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA												
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						(ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
198	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU00080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO,	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 12,000.00	$ 12,000.00

Red Beat Innovations

Innovación Médica y Tecnologías para la Salud Mx; S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA											
N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
						CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
IMPORTE TOTAL EN LETRA INCLUYE I.V.A.= TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.										SUBTOTAL=	$ 301,000.00
										I.V.A.=	$ 48,160.00
										TOTAL=	$ 349,160.00

Protesto lo necesario.

Sebastián Flores Espinosa
Representante Legal

Delia #14, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, CDMX.

licitaciones@redbeat.mx

55 5537 3472

RFC: IMT210429QV5

F 1

PARTIDA 9

ANEXO 8 PROPUESTA ECONOMICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONSERVACION

LICITACIÓN NACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR007-N121–2026 FECHA: 22 DE MAYO DE 2026
NO. DE PROVEEDOR IMSS: 93616
R.F.C : MBM060711T36
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE MICROTECNOLOGIA BIOMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AV WILFRIDO MASSIEU No.418,COL. LINDAVISTA SUR, C.P 07300, CDMX, GUSTAVO A. MADERO
No. TELEFONO: 5553964447

ESTRATIFICACION MICRO ( ) PEQUEÑA (X) MEDIANA ( )

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA - PARTIDA 9, EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
142	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00

F 2

PARTIDA 9

143	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00
144	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00

F 3

PARTIDA 9

145	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00
146	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00

F 4

PARTIDA 9

147	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00
148	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00

F 5

PARTIDA 9

149	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00
150	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00

F 6

PARTIDA 9

151	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00
152	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 7

PARTIDA 9

153	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
154	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 8

PARTIDA 9

155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU 1	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 9.

PARTIDA 9

157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 10

PARTIDA 9

159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
160	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247591081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 11

PARTIDA 9

161	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
162	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247491081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 12

PARTIDA 9

163	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F-13

PARTIDA 9

165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 14

PARTIDA 9

167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F-15

PARTIDA 9

169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 16

PARTIDA 9

171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 17

PARTIDA 9

173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 18

PARTIDA 9

175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

PARTIDA 9

177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

F 20

PARTIDA 9

180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR de alta frecuencia	VTO PLUS	SLE-5000	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

SUBTOTAL	$ 1,324,000.00
IVA 16%	$ 211,840.00
TOTAL	$ 1,535,840.00

PRECIO SIN IVA (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N)

PRECIO CON IVA (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N)

* LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE

C. GUILLERMO SÁNCHEZ CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL

Av. Wilfrido Massieu 418
Lindavista Sur
C.P 07300 / GAM / CDMX
T.: 55.5396.4447 y 55.5396.6242
microtecbiomedica.com

PAK BIOMEDLAND TECH CARE, S. A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
RFC: PBT040413CQ9

Instituto Mexicano del Seguro Social

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRONICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA

1

AV. CARLOS HANK GONZALEZ No. 50 MZ. 16 1ER. NIVEL LOC.E COL. FRACCIONAMIENTO VALLE DE ANAHUAC, C.P. 55210.
ECATEPEC EDO. DE MEXICO TEL. 55 5775-2300

PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.

ANEXO 8- PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº : LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
FECHA DE PRESENTACION: 22/05/2026
NOMBRE DEL LICITANTE: PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.
CORREO ELECTRÓNICO: jose.antonio@biomedland.com

RFC: PBT040413CQ9
DOMICILIO: AV. CARLOS HANK GONZALEZ No. 50 MZ. 16 1ER. NIVEL LOC.E COL. FRACCIONAMIENTO VALLE DE ANAHUAC, C.P. 55210, ECATEPEC EDO. DE MEXICO TEL. 55 5775-2301
NO. PROVEEDOR: 00000 77871

ESTRATIFICACIÓN: □ MICRO ( ) □ PEQUEÑA (x) □MEDIANA ( ) GRANDE ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
CONCURSO: Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PARTIDA Y ZONA: PARTIDA Nº 1 Diagnóstico por imagen

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCON DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
2	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	80608069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 90,000.00	$ 90,000.00

5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 90,000.00	$ 90,000.00
6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	160049-M1590516005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
7	UMF # 3 JIUTEPEC	LECTROCARDIOGRAF	CARDIOLINE	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
8	UMF # 23 CIVAC	LECTROCARDIOGRAF	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
9	UMF # 18 ZAPATA	LECTROCARDIOGRAF	BTL	BTL-08-LT	073T0B001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL. REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIE	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00

12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$	16,000.00	$	16,000.00
13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$	16,000.00	$	16,000.00
14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$	16,000.00	$	16,000.00
15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$	16,000.00	$	16,000.00

16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	07601908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILET MIRAMAX	4173	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 70,000.00	$ 70,000.00
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LRS002202004105	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 70,000.00	$ 70,000.00

27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 70,000.00	$ 70,000.00
28	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 70,000.00	$ 70,000.00
29	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 70,000.00	$ 70,000.00
30	UMF # 20 CUERNAVACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO I VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 140,000.00	$ 140,000.00
31	HGR # 1 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A CDR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 90,000.00	$ 90,000.00
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIG P9	LP9370176LP9	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico. flal panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 90,000.00	$ 90,000.00

33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC132040028IT1	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo, limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 90,000.00	$ 90,000.00
34	UMF # 20 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo, limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 90,000.00	$ 90,000.00
35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	Cosmogamma	US10	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 24,000.00	$ 24,000.00
								SUBTOTAL		$ 1,406,000.00	$ 1,406,000.00
								IVA		$ 224,960.00	$ 224,960.00
								TOTAL		$ 1,630,960.00	$ 1,630,960.00

SIN IVA: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

CON IVA (16%): UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N..

SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA, LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ME APEGO ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1.- ANEXO TECNICO., Y ANEXO 2

ATENTAMENTE

PROTESTO LO NECESARIO
C. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ VALVERDE
ADMINISTRADOR ÚNICO
PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A DE C.V.
RFC. PBT040413CQ9

PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.

ANEXO 8- PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº : LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 **RFC:** PBT040413CQ9

FECHA DE PRESENTACION: 22/05/2026

NOMBRE DEL LICITANTE: PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV. CARLOS HANK GONZALEZ No. 50 MZ. 16 1ER. NIVEL LOC.E COL. FRACCIONAMIENTO VALLE DE ANAHUAC, C.P. 55210, ECATEPEC EDO. DE MEXICO TEL. 55 5775-2301

CORREO ELECTRÓNICO: jose.antonio@biomedland.com

NO. PROVEEDOR: 00000 77871

ESTRATIFICACIÓN: ☐ MICRO ( ) ☐ PEQUEÑA (x) ☐MEDIANA ( ) GRANDE ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO: Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PARTIDA Y ZONA: PARTIDA Nº 4 Equipos quirúrgicos y anestesia

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCON DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	HGR # 1 CUERNAVACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION . REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN CASO DE REQUERIR. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CALIBRACION Y/O AJUSTE DEL SOPORTE DE CUCHILLAS. REVISION DE VOLTAJES. CORRIENTES Y DE SEGURIDAD.	JCU 1	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
2	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1486	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION). LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA. CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS. SELECTORES DE POTENCIA. BOTONERAS. LIMPIEZA DE TARJETAS. MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO. REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS. REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES. ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 21,000.00	$ 21,000.00

3	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 300	F-1338	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION). LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA. CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS. SELECTORES DE POTENCIA. BOTONERAS. LIMPIEZA DE TARJETAS. MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO. REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA. ETIQUETADO. CARCASAS. REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES. ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 21,000.00	$ 21,000.00
4	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1150	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION). LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA. CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS. SELECTORES DE POTENCIA. BOTONERAS. LIMPIEZA DE TARJETAS. MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO. REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA. ETIQUETADO. CARCASAS. REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES. ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 21,000.00	$ 21,000.00
5	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1110	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION). LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA. CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS. SELECTORES DE POTENCIA. BOTONERAS. LIMPIEZA DE TARJETAS. MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO. REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA. ETIQUETADO. CARCASAS. REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES. ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 21,000.00	$ 21,000.00

6	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1180	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION). LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA. CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS. REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES. ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	21,000.00	$	21,000.00
7	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1199	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION). LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA. CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS. REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES. ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	21,000.00	$	21,000.00
8	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1267	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION). LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA. CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS. REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES. ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	21,000.00	$	21,000.00

9	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	COOPERSURGICAL	EEP SYSTEM 1000	9711F854	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION). LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA. CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS. LIMPIEZA DE TARJETAS. MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO. REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS. REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES. ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 21,000.00	$ 21,000.00
10	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01KGE126	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA. CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS. MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO. REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 21,000.00	$ 21,000.00
11	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	CONTEC MEDICAL	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO. REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,000.00	$ 18,000.00
12	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM059217	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO. REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,000.00	$ 18,000.00
13	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO. REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00
14	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED+BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO. REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00

15	HGR # 1 CUERNAVACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	MARCA DEL LENTE	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. IMPORTANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL DEL BIEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y REPARACION O REEMPLAZO DEL LENTE DE CITOSCOPIO DE UROLOGIA. REEMPLAZO DEL FOCO DE LA FUENTE DE LUZ. REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA. EN CASO DE FALLAR REEMPLAZAR	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 68,000.00	$ 68,000.00
16	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
17	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
18	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	B435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
19	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00

20	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO. POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
21	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO. POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
22	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO. POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
23	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO. POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
24	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO. POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
25	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO. POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00

26	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO. POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
27	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS. REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO. POSICION Y ALTURA. MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS). MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
28	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
29	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 48,000.00	$ 48,000.00
30	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos). PANI. SPO2. ECG. TEMPERATURA CORPORAL. REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2. TEMP. MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG. COPA-TRAMPA DE CO2). BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
31	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391034HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos). PANI. SPO2. ECG. TEMPERATURA CORPORAL. REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2. TEMP. MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG. COPA-TRAMPA DE CO2). BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00

32	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391032HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
33	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391036HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
34	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391035HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
35	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00

36	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	64,000.00	$	64,000.00
37	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	64,000.00	$	64,000.00
38	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34087	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	64,000.00	$	64,000.00
39	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	CONTEC	CMS8000	21062100181	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	64,000.00	$	64,000.00

40	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
41	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	CARDIOCAP/5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
42	HGR # 1 CUERNAVACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO. CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 8,000.00	$ 8,000.00
43	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE 7100 CON MONITOR	AMXP-01032	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE, CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00

44	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01033	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS. REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS. CELDA DE O2. SENSOR DE FLUJO. O-RINGS-EMPAQUES. ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE. CANISTER. VALVULAS INHALACION Y EXHALACION. MANGUERAS. SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO. PRESION. MEDICION DE O2. PEEP. PIP. VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
45	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01034	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS. REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS. CELDA DE O2. SENSOR DE FLUJO. O-RINGS-EMPAQUES. ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE. CANISTER. VALVULAS INHALACION Y EXHALACION. MANGUERAS. SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO. PRESION. MEDICION DE O2. PEEP. PIP. VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00

46	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00401	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
47	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00402	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00

48	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00403	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS. REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS. CELDA DE O2. SENSOR DE FLUJO. O-RINGS-EMPAQUES. ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE. CANISTER. VALVULAS INHALACION Y EXHALACION. MANGUERAS. SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO. PRESION. MEDICION DE O2. PEEP. PIP. VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
49	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00404	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS. REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS. CELDA DE O2. SENSOR DE FLUJO. O-RINGS-EMPAQUES. ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE. CANISTER. VALVULAS INHALACION Y EXHALACION. MANGUERAS. SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO. PRESION. MEDICION DE O2. PEEP. PIP. VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00

50	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00400	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS. REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS. CELDA DE O2. SENSOR DE FLUJO. O-RINGS-EMPAQUES. ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE. CANISTER. VALVULAS INHALACION Y EXHALACION. MANGUERAS. SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO. PRESION. MEDICION DE O2. PEEP. PIP. VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
51	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REQUIERE REVISIÓN. AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS. KIT DE EMPAQUES. MIRILLAS. SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA. ETIQUETADO. SEGUROS. ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
52	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REQUIERE REVISIÓN. AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS. KIT DE EMPAQUES. MIRILLAS. SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA. ETIQUETADO. SEGUROS. ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
53	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REQUIERE REVISIÓN. AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS. KIT DE EMPAQUES. MIRILLAS. SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA. ETIQUETADO. SEGUROS. ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00

54	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05561	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
55	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
56	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
57	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
58	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00

59	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
60	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
61	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 14,000.00	$ 14,000.00
62	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1328	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 21,000.00	$ 21,000.00

63	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1329	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	21,000.00	$	21,000.00
64	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1331	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	21,000.00	$	21,000.00
65	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1332	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$	21,000.00	$	21,000.00

66	HGR # 1 CUERNAVACA	quirúrgico de uso m	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE ÓPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE SISTEMA ARTICULADO ELECTROMECANICO DE MOVIMIENTOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE ILUMINACION A TRAVES DEL PRISMA, REVISION DE FUNTE DE LUZ, CALIBRACION DEL SISTEMA DE OPTICA, REVISION DE LA ESTRUCTURA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 64,000.00	$ 64,000.00
67	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00
68	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	4374 009 021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00
69	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00

70	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	4374 009 021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES. REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO. REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS. SOPORTES. SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS. REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION. AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ. REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00
71	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES. REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO. REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS. SOPORTES. SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS. REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION. AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ. REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00
72	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES. REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO. REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS. SOPORTES. SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS. REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION. AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ. REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00

73	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES. REVISION DE ESTRUCTURAS. BRAZOS. SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO. REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS. SOPORTES. SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS. REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION. AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ. REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00
74	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES. REVISION DE ESTRUCTURAS. BRAZOS. SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO. REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS. SOPORTES. SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS. REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION. AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ. REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00
75	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	4374 009 021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES. REVISION DE ESTRUCTURAS. BRAZOS. SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO. REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS. SOPORTES. SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS. REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION. AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ. REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00

76	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	4374 009 021222	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES. REVISION DE ESTRUCTURAS. BRAZOS. SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO. REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS. SOPORTES. SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS. REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION. AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ. REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 96,000.00	$ 96,000.00
77	HGR # 1 CUERNAVACA	UPS DE LAMPARAS QX	DEWIMED	CLE-24V300W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES. REVISION DE ESTRUCTURAS. REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 24,000.00	$ 24,000.00
78	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES. REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAUUCO CON REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS. REVISION Y/O CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO. REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y ELECTROVALVULAS. REVISION Y REPARACION DE TAPIZADO DE SILLON ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN REPARACION Y/O MATTO AL PROYECTOR DE LUZ. REVISANDO SISTEMA ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos especializados y consultorio	4	$ 21,000.00	$ 21,000.00
								SUBTOTAL	$ 3,766,000.00	$ 3,766,000.00
								IVA	$ 602,560.00	$ 602,560.00
								TOTAL	$ 4,368,560.00	$ 4,368,560.00

SIN IVA: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

CON IVA (16%): CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA, LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ME APEGO ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1.- ANEXO TECNICO., Y ANEXO 2

ATENTAMENTE

PROTESTO LO NECESARIO
C. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ VALVERDE
ADMINISTRADOR ÚNICO
PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A DE C.V.
RFC. PBT040413CQ9

AV. CARLOS HANK GONZALEZ No. 50 MZ. 16 1ER. NIVEL LOC.E COL. FRACCIONAMIENTO VALLE DE ANAHUAC,
C.P. 55210, ECATEPEC EDO. DE MEXICO TEL. 55 5775-2300

ANEXO 8- PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº : LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
RFC: PBT040413CQ9
FECHA DE PRESENTACION: 22/05/2026
NOMBRE DEL LICITANTE: PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.
CORREO ELECTRÓNICO: jose.antonio@biomedland.com
DOMICILIO: AV. CARLOS HANK GONZALEZ No. 50 MZ. 16 1ER. NIVEL LOC.E COL. FRACCIONAMIENTO VALLE DE ANAHUAC, C.P. 55210, ECATEPEC EDO. DE MEXICO TEL. 55 5775-2301
NO. PROVEEDOR: 00000 77871

ESTRATIFICACIÓN: □ MICRO ( ) □ PEQUEÑA (x) □MEDIANA ( ) GRANDE ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
CONCURSO: Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026
PARTIDA Y ZONA: PARTIDA Nº 5 Esterilización y control infecciones

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCON DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TG1	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL REVISION DESUSTITUCION DE BOMBA DE VACIO, REVISION/ SUSTITUCION DE COMPONENTES DESGASTADOS Y/O DAÑADOS.	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
2	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
3	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECAK2038EG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00

4	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
5	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB1611 5002	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
6	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
7	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC CB23	230024507	cambio de empaques de puertas,lavado de trampas de vapor, chequeo y limpieza de linea, revision de linea de agua, revision de linea de aire, limpieza de camara, cambio de juntas de valvulas clamp, revision y/o cambio de valvulas termostaticas, revision y o cambio de valvulas de seguridad, chequeo y/o reparacion de tarjetas electronicas, revision y/o reparacion de bomba de vacio.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00

8	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	GRUPO LORMA	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL. REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES. REVISION DE CAMARA. CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO. CAMBIO DE ELECTROVALVULAS. CAMBIO DE VALVULA DE . SEGURIDAD. CAMBIO DE RESISTENCIAS. CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00
9	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE CLASS CD	VC6030153	EMPLAZO DE EMPAQUE. MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVU	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00
10	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	EMPLAZO DE EMPAQUE. MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVU	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00
11	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	VT2660271L175829	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR. REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE. MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. APRIETE DE TORNILLERIA. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO. REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES. REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00
12	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR. REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE. MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. APRIETE DE TORNILLERIA. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO. REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES. REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00

13	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE. MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. APRIETE DE TORNILLERIA. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO. REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES. REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00
14	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE. MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. APRIETE DE TORNILLERIA. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO. REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES. REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONSIDERAR REFACCIONES DE LA MARCA O SIILARES EN CALIDAD PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS. SE DEBERA PRESENTAR Y ANEXAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD Y EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR ESTA ACCION	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
15	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE. MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. APRIETE DE TORNILLERIA. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO. REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES. REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
16	UMF # 3 JIUTEPEC	OR DE VAPOR AUTO	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
17	UMF # 18 ZAPATA	OR DE VAPOR AUTO	MATACHANA	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00

18	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED LORMA	BKM Z24B	BKMZB16115011	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
19	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
20	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16113004	MANTENIMINENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
21	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA , REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
22	UMF # 3 JIUTEPEC	UTOGENERADO PAR	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
23	UMF # 23 CIVAC	UTOGENERADO PAR	RITTER	CLEAN TEC CB23	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
24	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00
25	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00
26	UMF # 24 YECAPIXTLA	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VSLVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE INTERRUPTORES, FOCO PILOTO, TIMER Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00

27	HGR # 1 CUERNAVACA	HORNO	ECOSHEL	9025L	2.01806E+11	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. REQUIERE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA SU PROGRAMACIÓN. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 21,000.00	$ 21,000.00
28	GUARDERIA 001	OR DE VAPOR AUTC	IMMSA	AKGE-16164-GA	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VIII	Esterilización y control infecciones	5	$ 63,000.00	$ 63,000.00
								SUBTOTAL		$ 1,302,000.00	$ 1,302,000.00
								IVA		$ 208,320.00	$ 208,320.00
								TOTAL		$ 1,510,320.00	$ 1,510,320.00

SIN IVA: UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

CON IVA (16%): UN MILLÓN QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA, LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ME APEGO ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1.- ANEXO TECNICO., Y ANEXO 2

ATENTAMENTE

PROTESTO LO NECESARIO
C. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ VALVERDE
ADMINISTRADOR ÚNICO
PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A DE C.V.
RFC. PBT040413CQ9

ANEXO 8- PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº :LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026 **RFC:** PBT040413CQ9

FECHA DE PRESENTACION:22/05/;

NOMBRE DEL LICITANTE: PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.

CORREO ELECTRÓNICO: jose.antonio@biomedland.com

DOMICILIO:AV. CARLOS HANK GONZALEZ No. 50 MZ. 16 1ER. NIVEL LOC.E COL. FRACCIONAMIENTO VALLE DE ANAHUAC, C.P. 55210, ECATEPEC EDO. DE MEXICO TEL. 55 5775-2301

NO. PROVEEDOR: 00000 77871

ESTRATIFICACIÓN: □ MICRO ( ) □ PEQUEÑA (x) □MEDIANA ( ) GRANDE ( )

DEPENDENCIA:ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO: Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PARTIDA Y ZONA: PARTIDA Nº 9 EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCON DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 21,000.00	$ 21,000.00
2	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 22,000.00	$ 22,000.00

3	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON. REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA. REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES. REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS. REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. APRIETE DE TORNILLERIA. AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO. O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA. FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA. CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION. REVISION DE RUEDAS. EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA. FLUJOS. TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS. NIVELES DE DESIBELES. ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 22,000.00	$ 22,000.00
4	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON. REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA. REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES. REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS. REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. APRIETE DE TORNILLERIA. AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO. O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA. FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA. CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION. REVISION DE RUEDAS. EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA. FLUJOS. TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS. NIVELES DE DESIBELES. ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 22,000.00	$ 22,000.00
5	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON. REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA. REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES. REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS. REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. APRIETE DE TORNILLERIA. AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO. O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA. FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA. CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION. REVISION DE RUEDAS. EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA. FLUJOS. TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS. NIVELES DE DESIBELES. ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 22,000.00	$ 22,000.00

6	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON. REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA. REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES. REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS. REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. APRIETE DE TORNILLERIA. AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA. FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA. CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION. REVISION DE RUEDAS. EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA. FLUJOS. TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS. NIVELES DE DESIBELES. ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 22,000.00	$ 22,000.00
7	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON. REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA. REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES. REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS. REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. APRIETE DE TORNILLERIA. AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA. FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA. CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION. REVISION DE RUEDAS. EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA. FLUJOS. TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS. NIVELES DE DESIBELES. ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 22,000.00	$ 22,000.00
8	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON. REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA. REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES. REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS. REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. APRIETE DE TORNILLERIA. AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA. FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA. CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION. REVISION DE RUEDAS. EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA. FLUJOS. TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS. NIVELES DE DESIBELES. ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 22,000.00	$ 22,000.00

9	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON. REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA. REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES. REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS. REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. APRIETE DE TORNILLERIA. AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA. FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA. CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION. REVISION DE RUEDAS. EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA. FLUJOS. TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS. NIVELES DE DESIBELES. ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 22,000.00	$ 22,000.00
10	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON. REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA. REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES. REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS. REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. APRIETE DE TORNILLERIA. AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA. FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA. CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION. REVISION DE RUEDAS. EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA. FLUJOS. TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS. NIVELES DE DESIBELES. ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 22,000.00	$ 22,000.00
11	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 70,000.00	$ 70,000.00
12	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 70,000.00	$ 70,000.00

13	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 70,000.00	$ 70,000.00
14	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 70,000.00	$ 70,000.00
15	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 70,000.00	$ 70,000.00
16	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 70,000.00	$ 70,000.00
17	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 70,000.00	$ 70,000.00

18	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2. FILTROS INTERNOS. REVISION DE ESTRUCTURA. TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 70,000.00	$ 70,000.00
19	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247591081 A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2. FILTROS INTERNOS. REVISION DE ESTRUCTURA. TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
20	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247481081 A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2. FILTROS INTERNOS. REVISION DE ESTRUCTURA. TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
21	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247491081 A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2. FILTROS INTERNOS. REVISION DE ESTRUCTURA. TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
22	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	19 12 4 783 1081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2. FILTROS INTERNOS. REVISION DE ESTRUCTURA. TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER. FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

23	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
24	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
25	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
26	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
27	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

28	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
29	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
30	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
31	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
32	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

33	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
34	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
35	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
36	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00
37	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 36,000.00	$ 36,000.00

PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.

38	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E036O	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	80,000.00	$	80,000.00
39	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR de alta frecuencia	VTO PLUS	SLE-5000	191247481081 A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU1	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$	36,000.00	$	36,000.00

SUBTOTAL	$ 1,579,000.00	$ 1,579,000.00
IVA	$ 252,640.00	$ 252,640.00
TOTAL	$ 1,831,640.00	$ 1,831,640.00

SIN IVA: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.

CON IVA (16%): UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA, LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ME APEGO ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1.- ANEXO TECNICO., Y ANEXO 2

ATENTAMENTE

PROTESTO LO NECESARIO
C. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ VALVERDE
ADMINISTRADOR ÚNICO
PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A DE C.V.
RFC. PBT040413CQ9

ANEXO 8- PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº : LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026
FECHA DE PRESENTACION: 22/05/2026
NOMBRE DEL LICITANTE: PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A. DE C.V.
CORREO ELECTRÓNICO: jose.antonio@biomedland.com

RFC: PBT040413CQ9

DOMICILIO: AV. CARLOS HANK GONZALEZ No. 50 MZ. 16 1ER. NIVEL LOC.E COL. FRACCIONAMIENTO VALLE DE ANAHUAC, C.P. 55210, ECATEPEC EDO. DE MEXICO TEL. 55 5775-2301
NO. PROVEEDOR: 00000 77871

ESTRATIFICACIÓN: ☐ MICRO ( ) ☐ PEQUEÑA (x) ☐ MEDIANA ( ) GRANDE ( )

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
CONCURSO: Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PARTIDA Y ZONA: PARTIDA Nº 0

Nº	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCON DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO	JCU	PARTIDA POR TIPO	PARTIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
2	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
3	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00

4	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00809385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
5	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
6	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
7	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID200B	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
8	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00

9	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS. REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO. REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES. SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS. SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL. CABLE DE ECG. PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA. REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
10	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	21061400132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG. REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES. PINZAS Y CABLE DE ECG). BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA. PANTALLA. TOUCH. BOTONERAS. MEMBRANAS. ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
11	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO. ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS. CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS. CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$ 44,000.00	$ 44,000.00
12	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG. REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES. PINZAS Y CABLE DE ECG). BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA. PANTALLA. TOUCH. BOTONERAS. MEMBRANAS. ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA. RUEDAS CON FRENOS. SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
13	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG. REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES. PINZAS Y CABLE DE ECG). BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA. PANTALLA. TOUCH. BOTONERAS. MEMBRANAS. ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA. RUEDAS CON FRENOS. SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00

14	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC), Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	18,000.00	$	18,000.00
15	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC), Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	18,000.00	$	18,000.00
16	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC), Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	18,000.00	$	18,000.00
17	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC), Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	18,000.00	$	18,000.00
18	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC), Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$	18,000.00	$	18,000.00

19	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG. REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
20	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS. REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO. REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
21	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS. REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO. REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
22	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS. REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO. REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
23	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS. REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO. REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00

24	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO. REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 18,000.00	$ 18,000.00
								SUBTOTAL		$ 458,000.00	$ 458,000.00
								IVA		$ 73,280.00	$ 73,280.00
								TOTAL		$ 531,280.00	$ 531,280.00

SIN IVA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

CON IVA (16%): QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA, LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ME APEGO ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1.- ANEXO TECNICO., Y ANEXO 2

ATENTAMENTE

PROTESTO LO NECESARIO
C. MARIA ANTONIA JIMÉNEZ VALVERDE
ADMINISTRADOR ÚNICO
PAK BIOMEDLAND TECH CARE S.A DE C.V.
RFC. PBT040413CQ9

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

109

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRONICA
LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

Anexo 8.- Propuesta Económica.

Datos generales de la empresa

RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI S. DE R.L. DE C.V. **RFC: PSM160519RB7**

DOMICILIO FISCAL: CALLE RIO TUXPAN 5319-1, COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE. **NO. PROVEEDOR 149186**

ESTRATIFICACIÓN: MICRO (X) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( )

PROPUESTA ECONOMICA

No	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripción del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 9,711.21	$ 9,711.21
2	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 9,711.21	$ 9,711.21
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	80608069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 9,711.21	$ 9,711.21
4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 63,691.58	$ 63,691.58

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

5	HGR # 1 CUERNA VACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27
6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	460049-M15905160059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 104,348.28	$ 104,348.28
7	UMF # 3 JIUTEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27
8	UMF # 23 CIVAC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27
9	UMF # 18 ZAPATA	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	BTL-08-LT	073T0B001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27
10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27
11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 123,514.29	$ 123,514.29

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27
13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27
14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US 18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27
15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US 18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	07601908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 85,182.27	$ 85,182.27
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 20,353.11	$ 20,353.11
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 20,353.11	$ 20,353.11
19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILETT MIRAMAX	4173	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LRS002202004105	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

28	HGR # 1 CUERNA VACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
29	HGR # 1 CUERNA VACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
30	UMF # 20 CUERNA VACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
31	HGR # 1 CUERNA VACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A CDR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
32	HGZ # 5 ZACATEP EC	ULTRASONIDO	GE	LOGIG P9	LP9370176 LP9	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 36,635.60	$ 36,635.60
33	HGZ # 5 ZACATEP EC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC1320400 281T1	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 69,200.57	$ 69,200.57
34	UMF # 20 CUERNA VACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 69,200.57	$ 69,200.57
35	HGZ # 5 ZACATEP EC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	Cosmogamma	US10	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 69,200.57	$ 69,200.57

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

36	HGR # 1 CUERNA VACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION , REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN CASO DE REQUERIR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CALIBRACION Y/O AJUSTE DEL SOPORTE DE CUCHILLAS, REVISION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y DE SEGURIDAD.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 69,200.57	$ 69,200.57

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

37	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1486	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 69,200.57	$ 69,200.57

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

38	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 300	F-1338	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 69,200.57	$ 69,200.57

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

39	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1150	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 69,200.57	$ 69,200.57

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

40	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1110	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 69,200.57	$ 69,200.57
41	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1180	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11

						MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
42	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1199	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11
43	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1267	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11
44	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCAUTERIO	COOPERSURGICAL	EEP SYSTEM 1000	9711F854	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO)	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11

						EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
45	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01KGE126	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11
46	HGR # 1 CUERNA VACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	CONTEC MEDICAL	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11
47	HGR # 1 CUERNA VACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM059217	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11
48	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11
49	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED+BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11
50	HGR # 1 CUERNA VACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	STORZ (ACMI ES LA MARCA DEL LENTE DE CISTOSCOPIO)	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. REHABILITACIÓN DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,353.11	$ 20,353.11

						CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. IMPORTANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL DEL BIEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y REPARACION O REEMPLAZO DEL LENTE DE CITOSCOPIO DE UROLOGIA, REEMPLAZO DEL FOCO DE LA FUENTE DE LUZ, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA, EN CASO DE FALLAR REEMPLAZAR					
51	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
52	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
53	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	B435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
54	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
55	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
56	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS),	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26

						MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.					
57	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
58	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
59	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
60	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
61	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS),	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26

						MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.					
62	HGR # 1 CUERNA VACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
63	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
64	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
65	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
66	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391034HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
67	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391032HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26

						SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
68	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391036HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
69	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK416391035HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
70	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26
71	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 32,369.26	$ 32,369.26

72	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
73	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34087	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
74	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	CONTEC	CMS8000	21062100181	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
75	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
76	HGR # 1 CUERNA VACA	MSV en anestesia	GE	CARDIOCAP/5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

						(medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
77	HGR # 1 CUERNA VACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO, CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

78	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE 7100 CON MONITOR	AMXP-01032	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

79	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01033	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

80	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01034	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

81	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00401	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU 1	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

82	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00402	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

83	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00403	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

84	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00404	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

85	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00400	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
86	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

						CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).					
87	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
88	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
89	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05561	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
90	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

91	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
92	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
93	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

						FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).					
94	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82
95	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

96	HGR # 1 CUERNA VACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

97	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1328	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

98	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1329	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

99	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1331	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

100	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1332	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

101	HGR # 1 CUERNA VACA	Microscopio quirúrgico de uso multidisciplinar	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE ÓPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE SISTEMA ARTICULADO ELECTROMECANICO DE MOVIMIENTOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE ILUMINACION A TRAVES DEL PRISMA, REVISION DE FUNTE DE LUZ, CALIBRACION DEL SISTEMA DE OPTICA, REVISION DE LA ESTRUCTURA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 58,078.82	$ 58,078.82

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA. PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

102	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

103	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 100	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

104	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

105	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 99	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

106	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

107	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

108	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

109	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

110	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 101	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

111	HGR # 1 CUERNA VACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 103	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,715.63	$ 20,715.63
112	HGR # 1 CUERNA VACA	UPS DE LAMPARAS QX	DEWIMED	CLE-24V300W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 9,711.00	$ 9,711.00

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

113	HGR # 1 CUERNA VACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO CON REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS, REVISION Y/O CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y ELECTROVALVULAS, REVISION Y REPARACION DE TAPIZADO DE SILLON ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN REPARACION Y/O MATTO AL PROYECTOR DE LUZ, REVISANDO SISTEMA ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos especializados y consultorio	4	$ 18,956.79	$ 18,956.79
114	UMF # 20 CUERNA VACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TG1	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL REVISION DESUSTITUCION DE BOMBA DE VACIO, REVISION/ SUSTITUCION DE COMPONENTES DESGASTADOS Y/O DAÑADOS.	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

115	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
116	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECAK2 038EG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

117	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
118	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16115002	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

119	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
120	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC CB23	230024507	cambio de empaques de puertas,lavado de trampas de vapor, chequeo y limpieza de linea, revision de linea de agua, revision de linea de aire, limpieza de camara, cambio de juntas de valvulas clamp, revision y/o cambio de valvulas termostaticas, revision y o cambio de valvulas de seguridad, chequeo y/o reparacion de tarjetas electronicas, revision y/o reparacion de bomba de vacio.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

121	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	GRUPO LORMA	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
122	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE CLASS CD	VC6030153	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
123	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

124	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	VT2660271 L175829	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
125	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

126	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

127	HGR # 1 CUERNA VACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONSIDERAR REFACCIONES DE LA MARCA O SIILARES EN CALIDAD PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS. SE DEBERA PRESENTAR Y ANEXAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD Y EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR ESTA ACCION	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

128	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
129	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
130	UMF # 18 ZAPATA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MATACHANA	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
131	UMF # 20 CUERNA VACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED LORMA	BKM Z24B	BKMZB161 15011	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
132	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

133	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16113004	MANTENIMINENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
134	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA , REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
135	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEANTEC CB23	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
136	UMF # 23 CIVAC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEAN TEC CB23	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81
137	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 7,971.42	$ 7,971.42

138	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	CLEANTEC CB23	CB230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 7,971.42	$ 7,971.42
139	UMF # 24 YECAPIXTLA	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VSLVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE INTERRUPTORES, FOCO PILOTO, TIMER Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 7,971.42	$ 7,971.42

140	HGR # 1 CUERNA VACA	HORNO	ECOSHEL	9025L	2.01806E+11	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. REQUIERE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA SU PROGRAMACIÓN. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 22,345.00	$ 22,345.00
141	GUARDERIA 001	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	IMMSA	AKGE-16164-GA	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VIII	Esterilización y control infecciones	5	$ 32,945.81	$ 32,945.81

142	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

143	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

144	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

145	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

146	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

147	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

148	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICAD	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCUI	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

169	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

168	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

161	HGR # 1 CUERNA VACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247481081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

160	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247591081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

159	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

158	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

157	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

156	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

155	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

154	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

153	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

152	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

151	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

150	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

149	HGR # 1 CUERNA VACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 27,747.36	$ 27,747.36

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

178	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

177	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA. TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

176	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

175	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

174	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

173	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICAD	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	MEDICAD	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

179	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO-PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

180	HGR # 1 CUERNA VACA	VENTILADOR de alta frecuencia	VTO PLUS	SLE-5000	191247481 081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 59,113.30	$ 59,113.30

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 24,942.50	$ 24,942.50

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

182	HGR # 1 CUERNA VACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 24,942.50	$ 24,942.50

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

183	HGR # 1 CUERNA VACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 24,942.50	$ 24,942.50

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

184	HGR # 1 CUERNA VACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 24,942.50	$ 24,942.50

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

185	HGR # 1 CUERNA VACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 24,942.50	$ 24,942.50

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

186	HGR # 1 CUERNA VACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 24,942.50	$ 24,942.50

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

187	HGR # 1 CUERNA VACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID200B	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 24,942.50	$ 24,942.50

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

188	HGR # 1 CUERNA VACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 24,942.50	$ 24,942.50

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

189	HGR # 1 CUERNA VACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 24,942.50	$ 24,942.50
190	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	21061400132	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 9,711.22	$ 9,711.22

191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$ 59,113.30	$ 59,113.30
192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 9,711.22	$ 9,711.22
193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 9,711.22	$ 9,711.22
194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 9,711.22	$ 9,711.22

						CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
195	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 9,711.22	$ 9,711.22
196	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 9,711.22	$ 9,711.22
197	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA,	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 9,711.22	$ 9,711.22

						PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
198	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 9,711.22	$ 9,711.22
199	HGR # 1 CUERNA VACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 9,711.22	$ 9,711.22
200	HGR # 1 CUERNA VACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H0002 67	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 13,500.00	$ 13,500.00

						BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
201	HGR # 1 CUERNA VACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H00062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 13,500.00	$ 13,500.00
202	HGR # 1 CUERNA VACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H00069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 13,500.00	$ 13,500.00
203	HGR # 1 CUERNA VACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H00041	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 13,500.00	$ 13,500.00

MACHRI
Proyectos y Servicios

PROYECTOS Y SERVICIOS MACHRI,
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PSM160519RB7

204	HGR # 1 CUERNA VACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H0002 48	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 13,500.00	$ 13,500.00

(NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)	SUBTOTAL	$ 8,428,408.69
	IVA	$ 1,348,545.39
	TOTAL	$ 9,776,954.08

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

CHRISTIAN CRUZ BERMEJO

GERENTE ÚNICO

RIO TUXPAN 5319-1, COL. JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE.
(222) 574 7478 e-mail pysmachri@gmail.com

						REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.					
112	HGR # 1 CUERNAVACA	UPS DE LAMPARAS QX	DEWIMED	CLE-24V300W-L	145	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
113	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE OFTALMO	LUXOR	S/M	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONEXIONES, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO CON REPARACION DE FUGAS EN MANGUERAS, REVISION Y/O CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y ELECTROVALVULAS, REVISION Y REPARACION DE TAPIZADO DE SILLON ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN REPARACION Y/O MATTO AL PROYECTOR DE LUZ, REVISANDO SISTEMA ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos especializados y consultorio	4	$ 80,900.00	$ 80,900.00
114	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TG1	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL REVISION DESUSTITUCION DE BOMBA DE VACIO, REVISION/ SUSTITUCION DE COMPONENTES DESGASTADOS Y/O DAÑADOS.	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
115	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
116	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECAK2038EG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
117	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
118	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16115002	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
119	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
120	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC CB23	230024507	cambio de empaques de puertas,lavado de trampas de vapor, chequeo y limpieza de linea, revision de linea de agua, revision de linea de aire, limpieza de camara, cambio de juntas de valvulas clamp, revision y/o cambio de valvulas termostaticas, revision y o cambio de valvulas de seguridad, chequeo y/o reparacion de tarjetas electronicas, revision y/o reparacion de bomba de vacio.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00

RFC. RGB 211108 8A3 NO. PREI IMSS:0000155178
Avenida Rio Mixcoac #25, piso 2, int. 1A. Col. Crédito Constructor,
Alcaldía Benito Juárez; C.P. 03940, Ciudad de México, México
55 918 397 02 | 55 439 226 53 | 55 943 917 51
ricmatglobalbiomedical@gmail.com https://www.ricmatgb.com.mx

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 • 55 439 226 53
R.F.C. RGB211108BA3

ERA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

						DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.					
105	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 99	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
106	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-49	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
107	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-53	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
108	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-55	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
109	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-57	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
110	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 101	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
111	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 103	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ● 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

EQA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

						POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
99	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1331	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,200.00	$ 20,200.00
100	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1332	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION. REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,200.00	$ 20,200.00
101	HGR # 1 CUERNAVACA	Microscopio quirúrgico de uso multidisciplinar	LEICA	F40	71119001	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE OPTICA, INSPECCION DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES, INSPECCION DE LENTES, REVISION DE SISTEMA ARTICULADO ELECTROMECANICO DE MOVIMIENTOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE ILUMINACION A TRAVES DEL PRISMA, REVISION DE FUNTE DE LUZ, CALIBRACION DEL SISTEMA DE OPTICA, REVISION DE LA ESTRUCTURA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 117,000.00	$ 117,000.00
102	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-60	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
103	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID 4374 009 021222 100	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES, REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE LUZ Y SEGURIDAD ELECTRICA). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
104	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QX	DEWIMED	DEWILUX 160 LED	ID1600916-52	SE REQUIERE MANTTO PREVENTIVO EN GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, REVISION DE VOLTAJES Y AMPERAJES, REVISION DE ESTRUCTURAS, BRAZOS, SATELITES. REVISAR LA BUENA SUJECION DE TODA LA LAMPARA AL SOPORTE DEL TECHO, REVISION DE Y AJUSTE DE BRAZOS, SOPORTES, SATELITES CON EL FIN DE TENER UNA BUENA SEGURIDAD PARA PACIENTES Y USUARIOS. REVISION Y/O REEMPLAZO DE LEDS, REVISION DE NIVELES DE ILUMINCAION, AJUSTAR LA POSICION DEL CENTRADO DE LA LUZ, REVISION DE FUENTE DE VOLTAJE. SUMINISTRO DE MANERALES REUSABLES. ASI COMO TAMBIEN PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ● 55 439 226 53
R.F.C. RGB211108843

ERA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

90	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	D-VAPOR S-2000	ASCN-0074	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
91	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0285	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
92	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0289	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
93	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1058	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
94	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05567	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
95	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0288	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
96	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHA-0284	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
97	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1328	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,200.00	$ 20,200.00
98	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA USO GENERAL	ZERONE	ZEUS 400	A03CMAT1329	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 20,200.00	$ 20,200.00

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 • 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

EQA
9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 01994850

						DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
84	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00404	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 81,800.00	$ 81,800.00
85	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00400	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO). REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 81,800.00	$ 81,800.00
86	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASHB-1252	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
87	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFN-0185	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
88	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	BAXTER	VAPOR 2000	ASFM-0295	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00
89	HGR # 1 CUERNAVACA	VAPORIZADOR SEVORANE	DATEX OHMEDA	TEC 7	BEJV05561	SE REQUIERE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE PARTES QUE SE REQUIERAN COMO MECHAS, KIT DE EMPAQUES, MIRILLAS, SEGUROS ETC. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, SEGUROS, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LA CALIBRACION DEL VAPORIZADOR DEBE PRESENTARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO (EL CERTIFICADO SE ANEXARA JUNTO CON LA ORDEN DE SERVICIO).	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 13,200.00	$ 13,200.00

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ● 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ERA
9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

						ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
79	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01033	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 81,800.00	$ 81,800.00
80	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	AMXP01034	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 81,800.00	$ 81,800.00
81	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00401	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 81,800.00	$ 81,800.00
82	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00402	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALTO NIVEL EN PARTES INTERNAS COMO EL BLOQUE DE RESPIRACION (FUELLE, CANISTER, VALVULAS INHALACION Y EXHALACION, MANGUERAS, SENSORES DE FLUJO), REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CAMBIO DE CAL SODADA. LAS PRUEBAS DE FINALES DEBEN DE REALIZARSE CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, MEDICION DE O2, PEEP, PIP, VM ETC) Y ANALIZADOR DE SERGURIDAD ELECTRICA PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 81,800.00	$ 81,800.00
83	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AESPIRE 7100	ANCV00403	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 81,800.00	$ 81,800.00

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ⊙ 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

EQA
ISO9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 81994850

						ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
71	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645738	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
72	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645752	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
73	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	34087	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
74	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	CONTEC	CMS8000	2106210018 1	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
75	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	UT4000F PRO	SN	SN	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
76	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	CARDIOCAP /5	6678227	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
77	HGR # 1 CUERNAVACA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	WELCH ALLYN	74301	S/N	CAMBIO DE FOCO, CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 28,000.00	$ 28,000.00
78	HGR # 1 CUERNAVACA	UNIDAD DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AESPIRE 7100 CON MONITOR	AMXP-01032	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TODOS LOS SISTEMAS, REEMPLAZO DE KIT DE 10,000 HRS (FUELLE , CAMBIO DE BATERIAS, CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO, O-RINGS-EMPAQUES, ETC CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICIO) Y CALIBRACION DE FLUJO Y PRESIONES DE GASES MEDICINALES, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAJO NIVEL EN PARTES EXTERNAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DE	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 81,800.00	$ 81,800.00

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ● 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ERA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 619948/50

62	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO3085 SP	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
63	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
64	HGZ # 7 CUAUTLA	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	ADVANCED	OT - 30	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
65	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	TERAMAX	SUPERLIFE	MO-03-1015	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
66	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK41639103 4HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
67	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK41639103 2HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
68	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK41639103 6HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
69	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	B650	SK41639103 5HA	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE Y SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00
70	HGR # 1 CUERNAVACA	MSV en anestesia	GE	F-CU8-12-VG2	6645566	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAPNOGRAFIA (medicion de CO2 y gases anestesicos), PANI, SPO2, ECG, TEMPERATURA CORPORAL, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (SPO2, TEMP, MANGUERA Y BRAZAL LATIGUILLOS DE ECG, COPA-TRAMPA DE CO2), BATERIA ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 18,500.00	$ 18,500.00

52	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	AMSCO	1080	210686	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
53	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	3085 SP	B435698078	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
54	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	4220594054	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
55	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386062	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
56	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	386082	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
57	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO 2080	384806	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
58	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	417381040	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
59	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	404082031	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
60	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	STERIS	AMSCO2080	440082098	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00
61	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	SAVION	550	1200	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTEMINIEMTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00

RICMAT
GLOBAL BIOMÉDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ● 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ERA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

43	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1267	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 15,800.00	$ 15,800.00
44	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	COOPERSURGICAL	EEP SYSTEM 1000	9711F854	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 15,800.00	$ 15,800.00
45	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01KGE126	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 15,800.00	$ 15,800.00
46	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	CONTEC MEDICAL	SYSTEM 2000	1112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 38,700.00	$ 38,700.00
47	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 1500	DM059217	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE PRESIONES, REVISION, AJUSTE Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO, REVISION Y REEMPLAZO DE MANGUERAS, CONECTORES, REVISION DE FUGAS, REEMPLAZO DE BATERIAS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 38,700.00	$ 38,700.00
48	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	PENTALED 30N SO	19480	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
49	HGR # 1 CUERNAVACA	LAMPARA QUIRURGICA	RIMSA	TRISPI-LED+BAT	19479	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE INTENSIDAD LUMINICA PARA POSIBLE REMPLAZO DE LEDS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, REVISION Y REPARACION DE SATELITES, REVISION DE INTESIDAD LUMINICA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 23,700.00	$ 23,700.00
50	HGR # 1 CUERNAVACA	LENTE DE CISTOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ	STORZ (ACMI ES LA MARCA DEL LENTE DE CISTOSCOPIO)	SD	MJ 4711	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR. SE REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, OCULARES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. IMPORTANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL DEL BIEN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y REPARACION O REEMPLAZO DEL LENTE DE CITOSCOPIO DE UROLOGIA, REEMPLAZO DEL FOCO DE LA FUENTE DE LUZ, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA, EN CASO DE FALLAR REEMPLAZAR	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 117,000.00	$ 117,000.00
51	HGR # 1 CUERNAVACA	MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-30	2076323	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE CALIBRACION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDRAHULICO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE BOTONERAS, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENADO, POSICION Y ALTURA, MANTENIMIENTO A PLANCHA (SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CUBIERTA Y COLCHONETAS), MANTENIMIENTO A SISTEMA DE RODAMIENTOS, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 43,000.00	$ 43,000.00

RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 • 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ERA 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA Certificado Nº 61994850

						REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
38	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 300	F-1338	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 15,800.00	$ 15,800.00
39	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1150	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 15,800.00	$ 15,800.00
40	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1110	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 15,800.00	$ 15,800.00
41	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	CF	A-1180	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 15,800.00	$ 15,800.00
42	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1199	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL. REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: LAPIZ CAUTERIZANTE Y PLACA NEUTRO, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE PEDALES, ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (ANALIZADOR DE ELECTROCAUTERIO Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 15,800.00	$ 15,800.00

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ● 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ERA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILET MIRAMAX	4173	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeira revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 97,500.00	$ 97,500.00
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LRS0022020 04105	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 78,000.00	$ 78,000.00
27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 78,000.00	$ 78,000.00
28	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 78,000.00	$ 78,000.00
29	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 78,000.00	$ 78,000.00
30	UMF # 20 CUERNAVACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 124,000.00	$ 124,000.00
31	HGR # 1 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A CDR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 80,900.00	$ 80,900.00
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIG P9	LP9370176L P9	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 80,900.00	$ 80,900.00
33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC13204002 81T1	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y electrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 80,900.00	$ 80,900.00
34	UMF # 20 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y electrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 80,900.00	$ 80,900.00
35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	Cosmogamma	US10	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 41,300.00	$ 41,300.00
36	HGR # 1 CUERNAVACA	DERMATOMO	PADGETT	B	1-11627	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE AJUSTE Y CALIBRACION , REVISION Y REEMPLAZO DE PARTES ELECTRICAS EN CASO DE REQUERIR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION Y/O AJUSTE DEL SOPORTE DE CUCHILLAS, REVISION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y DE SEGURIDAD.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 47,000.00	$ 47,000.00
37	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	S/M	A-1486	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS, CALIBRACION DE PARAMETROS (EN CORTE Y COAGULACION), LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, SELECTORES DE POTENCIA, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION.	JCU I	Equipos quirúrgicos y anestesia	4	$ 15,800.00	$ 15,800.00

RFC. RGB 211108 8A3
NO. PREI IMSS:0000155178
Avenida Rio Mixcoac #25, piso 2, int. 1A. Col. Crédito Constructor,
Alcaldía Benito Juárez; C.P. 03940, Ciudad de México, México
55 918 397 02 | 55 439 226 53 | 55 943 917 51
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
https://www.ricmatgb.com.mx

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 • 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108RA3

EQA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 80,900.00	$ 80,900.00
5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804670	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 80,900.00	$ 80,900.00
6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	460049-M15905160059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
7	UMF # 3 JIUTEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
8	UMF # 23 CIVAC	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDOLINE	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
9	UMF # 18 ZAPATA	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	BTL-08-LT	073T0B001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	AFM60US18	07601908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00

RFC. RGB 211108 8A3 NO. PREI IMSS:0000155178
Avenida Rio Mixcoac #25, piso 2, int. 1A. Col. Crédito Constructor,
Alcaldía Benito Juárez; C.P. 03940, Ciudad de México, México
55 918 397 02 | 55 439 226 53 | 55 943 917 51
ricmatglobalbiomedical@gmail.com https://www.ricmatgb.com.mx

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ● 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ERA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

ANEXO 8.- PROPUESTA ECONÓMICA.

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA DE CONSERVACIÓN
PRESENTE.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: RICMAT GLOBAL BIOMEDICAL SA DE CV

RFC: RGB2111088A3

DOMICILIO FISCAL: AVENIDA RIO MIXCOAC #25, PISO 2, INT. 1A. COL. CRÉDITO CONSTRUCTOR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ; C.P. 03940, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

NO. PROVEEDOR: 0000155178

ESTRATIFICACIÓN: ***MICRO ( )*** ***PEQUEÑA (X)*** **MEDIANA ( )**

8

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE CONSERVACION

DEPENDENCIA: CONCURSO	ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026										
PROPUESTA ECONOMICA											
N°	**UNIDAD MÉDICA**	**EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO**	**JCU**	**PARTIDA POR TIPO**	**PARTIDA**	**PRECIOS UNITARIOS**	**IMPORTE**
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
2	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	80608069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 15,800.00	$ 15,800.00

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Rio Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 • 55 439 226 53
R. F. C. RGB2111088A3

ERA
S9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado N° 61994850

121	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	GRUPO LORMA	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
122	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE CLASS CD	VC6030153	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
123	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
124	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	VT2660271L 175829	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
125	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
126	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOLI	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
127	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONSIDERAR REFACCIONES DE LA MARCA O SIILARES EN CALIDAD PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS. SE DEBERA PRESENTAR Y ANEXAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD Y EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR ESTA ACCION	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
128	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
129	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00

RFC. RGB 211108 8A3
NO. PREI IMSS:0000155178
Avenida Rio Mixcoac #25, piso 2, int. 1A. Col. Crédito Constructor,
Alcaldía Benito Juárez; C.P. 03940, Ciudad de México, México
55 918 397 02 | 55 439 226 53 | 55 943 917 51
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
https://www.ricmatgb.com.mx

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ● 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ERA
9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

130	UMF # 18 ZAPATA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MATACHANA	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
131	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED LORMA	BKM Z24B	BKMZB16115011	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
132	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
133	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16113004	MANTENIMINENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
134	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA , REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
135	UMF # 3 JIUTEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEANTECC B23	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
136	UMF # 23 CIVAC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	RITTER	CLEAN TEC CB23	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
137	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
138	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	CLEANTECC B23	CB230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
139	UMF # 24 YECAPIXTLA	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VSLVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE INTERRUPTORES, FOCO PILOTO, TIMER Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
140	HGR # 1 CUERNAVACA	HORNO	ECOSHEL	9025L	2.01806E+11	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. REQUIERE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA SU PROGRAMACIÓN. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
141	GUARDERIA 001	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	IMMSA	AKGE-16164-GA	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VIII	Esterilización y control infecciones	5	$ 41,300.00	$ 41,300.00
142	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070118	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 28,000.00	$ 28,000.00

						MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
143	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070112	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 24,600.00	$ 24,600.00
144	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070211	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 24,600.00	$ 24,600.00
145	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070105	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 24,600.00	$ 24,600.00
146	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070307	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 24,600.00	$ 24,600.00

RFC. RGB 211108 8A3
Avenida Rio Mixcoac #25, piso 2, int. 1A. Col. Crédito Constructor,
Alcaldía Benito Juárez; C.P. 03940, Ciudad de México, México
55 918 397 02 | 55 439 226 53 | 55 943 917 51
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
NO. PREI IMSS:0000155178
https://www.ricmatgb.com.mx

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 • 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ERA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

						SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
147	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070115	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 24,600.00	$ 24,600.00
148	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070210	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 24,600.00	$ 24,600.00
149	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070117	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION), TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO, ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) . SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 24,600.00	$ 24,600.00
150	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070114	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 24,600.00	$ 24,600.00

						REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
151	HGR # 1 CUERNAVACA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATOM MEDICAL	V-3600 HL	9070311	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE COLCHON, REVISION Y REPARACION DE ACRILICOS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA, REVISION Y REPARACION DE MANGAS O PASA CABLES, REVISION Y REPARACION DE RESISTENCIAS, REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, APRIETE DE TORNILLERIA, AJUSTE Y CALIBRACION DE REGULADORES DE TEMPERATURA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. TAMBIEN REEMPLAZO DEL COLCHON EN CASO DE ESTAR DAÑADO (ROTO, O RASGADURAS QUE SEA UN FOCO DE INFECCION). TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIZA Y DESINFECCION CORRESPONDIENTE AL MANUAL DE SERVICO. ASI COMO TAMBIEN EN CASO DE APLICAR MATENIMIENTO Y/O SUSTITUCION DE TROMBAS DE ASPIRACION CON MANGUERA, FLUJOMETROS DE OXIGENO CON MAGUERA, CALIBRACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, REVISION DE RUEDAS, EN CASO DE TENER OXIDO EN PARTES METALICAS SE DEBERAN CORREGIR. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE QUE SE EXCLUSIVO PARA CUNAS E INCUBADORAS (QUE MIDA, FLUJOS, TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICCAS, NIVELES DE DESIBELES, ETC) , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 24,600.00	$ 24,600.00
152	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	163063	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
153	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71602	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
154	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71605	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
155	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71607	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00

						(VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
156	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71606	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
157	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71609	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
158	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71610	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
159	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMETRICO	MAQUET	SERVO-I	71604	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
160	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	1912475910 81A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
161	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	1912474810 81A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO,	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00

						BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
162	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	191247491081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
163	HGR # 1 CUERNAVACA	Ventilador neonatal para cuidados intensivos.	TECME	ADVANCE	19 12 4 763 1081A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
164	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT611	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
165	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT614	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
166	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT181	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
167	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT615	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS,	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00

						REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
168	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT653	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
169	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT648	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
170	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT150	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
171	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT670	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
172	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2020SMT299	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
173	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM636	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER,	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00

						FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
174	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM640	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
175	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM638	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
176	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM633	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
177	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM635	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
178	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	MEDICA D	SMART	2015SM637	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
179	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO- PEDIÁTRICO	WILAMED	MTV	MTV1KTY1E0360	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00

RFC. RGB 211108 8A3
NO. PREI IMSS:0000155178
Avenida Rio Mixcoac #25, piso 2, int. 1A. Col. Crédito Constructor,
Alcaldía Benito Juárez; C.P. 03940, Ciudad de México, México
55 918 397 02 | 55 439 226 53 | 55 943 917 51
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
https://www.ricmatgb.com.mx

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 o 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

EQA
$9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

						ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)					
180	HGR # 1 CUERNAVACA	VENTILADOR de alta frecuencia	VTO PLUS	SLE-5000	1912474810 81A1U	SE REQUIERE MANTTO . PREVENTIVO DE 10,000 HRS. REQUIERE REVISION Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE AJUSTE DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO REEMPLAZO DEL KIT DE 10,000 HRS (VALVULA EXHALACIÓN/INHALACIÓN, O-RINGS-EMPAQUES, BATERIAS DE RESPALDO, BATERIA QUE GUARDA LA HORA, SENSOR DE FLUJO, CELDA DE O2, FILTROS INTERNOS, REVISION DE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORREGIR OXIDO EN CASO DE TENER, FRENOS Y RUEDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA SU ENTREGA SE DEBE REALIZAR CON EL ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES (FLUJO, PRESION, NIVELES DE FIO2, PEEP, PIP, VM ETC.) PRESENTANDO Y ANEXANDO A LA ORDEN DE SERVICIO EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO UTILIZADO (ANALIZADOR DE GASES Y SEGURIDAD ELECTRICA)	JCU I	EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA	9	$ 73,000.00	$ 73,000.00
181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	US00107268	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K52661	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00

						ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.				
186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	CARDIO-AID200B	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION). REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	2106140013 2	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Rio Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 • 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

EQA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

						MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00

RFC. RGB 211108 8A3
NO. PREI IMSS:0000155178
Avenida Rio Mixcoac #25, piso 2, int. 1A. Col. Crédito Constructor,
Alcaldía Benito Juárez; C.P. 03940, Ciudad de México, México
55 918 397 02 | 55 439 226 53 | 55 943 917 51
ricmatglobalbiomedical@gmail.com https://www.ricmatgb.com.mx

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Rio Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 e 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ERA
ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificado Nº 61994850

198	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCUI	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCUI	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCUI	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCUI	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000269	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCUI	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE	JCUI	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00

						DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.					
204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000248	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCUI	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 15,800.00	$ 15,800.00
										SUBTOTAL	$7,931,800.00
		(NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)								IVA	$1,269,088.00
										TOTAL	$9,200,888.00

IMPORTE MÁXIMO CON LETRA: (NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)
NOTAS: *EL PRECIO PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.*
EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN.
Presentación *Un = Unidad de Medida* *Cant = Cantidad* *Tipo = Tipo de Presentación*
Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2026
PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE.

ING. RICARDO MEDELLIN ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 • 55 439 226 53
R. F. C. RGB2111088A3

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONÓMICA. PÁGINA 29 DE 29

RESUMEN POR PARTIDA
(CARTA COMPROMISO DEL SERVICIO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA DE CONSERVACIÓN
PRESENTE.

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2026

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL MORELOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONFORME A LAS BASES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-N-121-2026.** CONVOCADA POR ESTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RELATIVO A **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MÉDICO (PARTIDAS 1,4,5,9 Y 10) PERTENECIENTE AL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"**, EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA ESTATAL MORELOS, A CONTINUACION PRESENTAMOS A USTEDES, NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA, MISMA QUE CUBRE LOS SERVICIOS EN CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD ESPECIFICADA EN NUESTRA PROPUESTA TECNICA Y QUE NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR Y RESPETAR ES LA SIGUIENTE:

PARTIDA I
IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA **$1,407,800.00**
CON LETRA **(UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL, OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)**

PARTIDA IV
IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA **$2,622,000.00**
CON LETRA **(DOS MILLONES, SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 MN)**

PARTIDA V
IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA **$1,156,400.00**
CON LETRA **(UN MILLÓN, CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)**

PARTIDA IX
IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA **$2,366,400.00**
CON LETRA **(DOS MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)**

PARTIDA X
IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA **$379,200.00**
CON LETRA **(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)**

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA **$7,931,800.00**
CON LETRA **(SIETE MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)**

SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CON UN PERIODO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL **DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.**
LOS PRECIOS UNITARIOS SERAN FIJOS SIN ESCALAMIENTOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE
ING. RICARDO MEDELLIN ESPINOSA. REPRESENTANTE LEGAL

RICMAT
GLOBAL BIOMEDICAL S.A. DE C.V.
Av. Río Mixcoac No. 25, Piso 2 Int. 1A
Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez,
C. P. 03940, Ciudad de México, México
ricmatglobalbiomedical@gmail.com
55 918 397 02 ● 55 439 226 53
R. F. C. RGB211108BA3

ATENTAMENTE.

ING. RICARDO MEDELLIN ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL

SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
SBI

62

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE CONSERVACION

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe
1	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601905	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 43,200.00	$ 43,200.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

Folio 0001489

2	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	7601906	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 43,200.00	$ 43,200.00
3	HGZ # 5 ZACATEPEC	Electrocardiógrafo multicanal con interpretación	Cardioline	ECG 200S	8.1E+07	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE RODILLO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 43,200.00	$ 43,200.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

4	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804872	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 73,200.00	$ 73,200.00
5	HGR # 1 CUERNAVACA	ECOCARDIOGRAFO	HP	SONOS 5500	US97804870	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN DE MEMBRANAS Y CRISTALES DEL TRANSDUCTOR, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE MEDICION, CALIBRACION CON CERTIFICACION, REVISION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y REPARCION INTEGRAL , Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 71,350.00	$ 71,350.00

6	UMF # 2 XOCHITEPEC	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	460049-M15905160059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 65,200.00	$ 65,200.00
7	UMF # 3 JIUTEPEC	ELECTROCARDIO	CARDIOLIN	ECG200S	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 2,300.00
8	UMF # 23 CIVAC	ELECTROCARDIO	CARDOLIN	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 2,300.00
9	UMF # 18 ZAPATA	ELECTROCARDIO	BTL	BTL-08-LT	073T0B001855	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 2,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

10	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLIN	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 73,200.00	$ 73,200.00
11	UMF # 14 OACALCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLIN	S/N	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTE	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 2,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

12	UMF # 21 JANTETELCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CONTEC	S/M	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 55,600.00	$ 55,600.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

13	UMF # 24 YECAPIXTLA	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, REVISION, AJUSTE Y REHABILITACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, Y DE IMPRESION, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, CALIBRACION Y REPARACION EN POTENCIOMETROS, PERILLAS, BOTONERAS, LIMPIEZA DE TARJETAS, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO Y FUENTE DE ALIMENTACION, REEMPLAZO DE: JUEGO DE CABLES CONSUMIBLES ECG, BATERIA Y PAPEL, REHABILITACION DE CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO COMO PINTURA, ETIQUETADO, CARCASAS ETC... Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU VII	Diagnóstico por imagen	1	$ 73,200.00	$ 73,200.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

14	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLIN	AFM60US	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 43,200.00	$ 43,200.00
15	UMF # 16 TEMIXCO	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLIN	AFM60US	0760190A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 43,200.00	$ 43,200.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

16	UMF # 19 TEPOZTLAN	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLIN	AFM60US	07601908	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION/ CALIBRACION COMPROBACION DE PARAMETROS , AJUSTES EN GENERAL REMPLAZO DE COMPONENTES DESGASTADOS O DAÑADOS , DOTACION DE TINTA PARA IMPRESORA , DOTACION DE CABLES ECG, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 43,200.00	$ 43,200.00
17	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 3,800.00
18	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 3,800.00
19	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 3,800.00
20	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 3,800.00
21	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 3,800.00
22	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 3,800.00

23	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 3,800.00
24	HGZ # 7 CUAUTLA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	CARDIOLINE	ECG 200+	S/N	mantenimiento preventivo/correctivo	JCU IV	Diagnóstico por imagen	1	$ 2,300.00	$ 3,800.00
25	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	SIEMENS	MOBILETT MIRAMAX	4173	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 89,600.00	$ 89,600.00
26	HGZ # 5 ZACATEPEC	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	LANDWIND	DR200MATE E	LRS00220200410 5	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiuento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 76,500.00	$ 76,500.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

27	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356976 CAA987	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 46,900.00	$ 46,900.00
28	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	0356-970 CAA981	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE: SISTEMA ELECTRICO, FLAT PANEL, TUBO DE RAYOS X, SISTEMA DE FRENADO, SISTEMA DE TRACCION Y RUEDAS, DISPARADOR, SISTEMA DE ALIMENTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 46,900.00	$ 46,900.00
29	HGR # 1 CUERNAVACA	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 300	99763 .OP	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISPARO	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 17,500.00	$ 17,500.00

30	UMF # 20 CUERNAVACA	EQUIPO DE RX	AGFA	DR 400	02182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (VERIFICACION DEL SISTEMA , ACTUALIZACIONES , DEPURACION DE MEMORIA , EVALUACION DE VIDA UTIL DE TUBO DE RX, Y SUSTITUCION SEGUN SEA EL CASO, LUBRICACION DE PIEZAS MOBILES , REVISION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS EN LOS DISTINTOS COMPONENTES MOVILES , REVISION Y MANTENIMIENTO DE COLIMADOR , FUENTE DE LUZ, LUMINARIA, REVISION Y/O SUSTITUCION DE CONDUCTORES DE SEÑAL Y O ENERGIA , LIMPIEZA DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 45,360.00	$ 45,360.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

31	HGR # 1 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ 200	44378SM8	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION DE PARAMETROS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y/ O SUSTITUCION DE TRASDUCTORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO A CDR, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Diagnóstico por imagen	1	$ 55,600.00	$ 55,600.00
32	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	GE	LOGIG P9	LP9370176LP9	Se requiere mantto. preventivo y correctivo del equipo. Se requiere activación de licencias de funcionamiento. Se requeire revisión y ajuste en el sistema eléctrico, flat panel y tubo de rayos x. Revisión y ajuste al sistema de frenado. Rehabilitación general del equipo.	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 69,300.00	$ 69,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

33	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO	LANDWIND	EX20	CC1320400281T1	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 54,300.00	$ 54,300.00
34	UMF # 20 CUERNAVACA	ULTRASONIDO	ADVANCED	DUS-5000	401221210	Mantenimiento preventivo y correctivo el cual consiste en: Verificación de funcionalidad del equipo , limpieza interna y externa, verificación de errores en software, verificación electrica y elecrónica de todos sus componentes, mantenimiento a transductores y buen funcionamiento del equipo	JCU II	Diagnóstico por imagen	1	$ 92,300.00	$ 92,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

35	HGZ # 5 ZACATEPEC	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	Cosmogamma	US10	U3741	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE SIGNOS VITALES COMO	JCU III	Diagnóstico por imagen	1	$ 16,500.00	$ 16,500.00
										SUBTOTAL	$ 1,321,310.00

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

RGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE CONSERVACION

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS

CONCURSO: Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

114	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR	EPROHLAB	TG1	969	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION /REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , ELECTROVALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL REVISION DESUSTITUCION DE BOMBA DE VACIO, REVISION/ SUSTITUCION DE COMPONENTES DESGASTADOS Y/O DAÑADOS.	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 65,900.00	$ 65,900.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

115	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR	VITALE PLUS	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 66,380.00	$ 66,380.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

116	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECA K2038EG	1190	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 85,900.00	$ 85,900.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

117	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 20	MB-20605	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 85,300.00	$ 85,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

118	UMF # 4 JOJUTLA	ESTERILIZADOR	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16115002	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 65,300.00	$ 65,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

119	UMF # 9 TLALTIZAPAN	ESTERILIZADOR	MID MARK	V970175-V969512	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 61,300.00	$ 61,300.00

120	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE MESA	RITTER	CLEANTEC CB23	2E+08	cambio de empaques de puertas,lavado de trampas de vapor, chequeo y limpieza de linea, revision de linea de agua, revision de linea de aire, limpieza de camara, cambio de juntas de valvulas clamp, revision y/o cambio de valvulas termostaticas, revision y o cambio de valvulas de seguridad, chequeo y/o reparacion de tarjetas electronicas, revision y/o reparacion de bomba de vacio.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 12,500.00	$ 12,500.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

121	UMF # 10 CHINAMECA	ESTERILIZADOR DE MESA	UPO LORI	M072	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 12,300.00	$ 12,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

122	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	RISTOFOL	VITALE CLASS CD	VC6030 153	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 1,800.00	$ 1,800.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

123	UMF # 14 OACALCO	ESTERILIZADOR DE MESA	MIDMARK	S/M	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 1,800.00	$ 1,800.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

124	UMF # 15 CASASANO	ESTERILIZADOR DE MESA	RISTOFOL	VITALE 21	VT2660271L175829	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 11,300.00	$ 11,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

125	UMF # 21 JANTETELCO	ESTERILIZADOR DE MESA	CRISTOFOL	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 11,300.00	$ 11,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

126	UMF # 22 TEPALCINGO	ESTERILIZADOR DE MESA	RISTOFOL	VITALE 21	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 11,300.00	$ 11,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

127	HGR # 1 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	IMMSA	S/M	02-104	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONSIDERAR REFACCIONES DE LA MARCA O SIILARES EN CALIDAD PARA REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS. SE	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 11,300.00	$ 11,300.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

128	UMF # 6 PUENTE DE IXTLA	ESTERILIZADOR DE VAPOR	TEMAZCALLI CAISA(NO)	MDO-1223	8-9899766	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VI	Esterilización y control infecciones	5	$ 65,300.00	$ 65,300.00
129	UMF # 3 JIUTEPEC	R DE VAPOR AU	STERIS	POWER PACK	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 2,100.00	$ 2,100.00

130	UMF # 18 ZAPATA	R DE VAPOR AU	ATACHAN	M30	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 2,100.00	$ 2,100.00
131	UMF # 20 CUERNAVACA	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MED LOR	BKM Z24B	BKMZB16115011	REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 15,900.00	$ 15,900.00
132	UMF # 16 TEMIXCO	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U970238	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 15,900.00	$ 15,900.00
133	UMF # 2 XOCHITEPEC	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	LAB MED	BKM-Z24B	BKMZB16113004	MANTENIMINENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRONICA, REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , REMPLAZO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 15,900.00	$ 15,900.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

134	UMF # 19 TEPOZTLAN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	MIDMARK	M11-020	U969528	REMPLAZO DE EMPAQUE Y ARILLO DE PUERTA , REMPLAZO DE RESISTENCIAS, REVISION/REMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA PRESION , VALVULAS , LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS , AJUSTES EN GENERAL	JCU II	Esterilización y control infecciones	5	$ 23,500.00	$ 23,500.00
135	UMF # 3 JIUTEPEC	TOGENERADO P	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041941	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 2,100.00	$ 2,100.00
136	UMF # 23 CIVAC	TOGENERADO P	RITTER	CLEAN TEC CB23	CB230041937	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE LA UNIDAD	JCU V	Esterilización y control infecciones	5	$ 2,100.00	$ 2,100.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

137	UMF # 8 VILLA DE AYALA	ESTERILIZADOR DENTAL	LOBATO	CONSULTORY	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 13,900.00	$ 13,900.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

138	UMF # 12 YAUTEPEC	ESTERILIZADOR DENTAL	RITTER	CLEANTECCB23	CB230041953	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 19,600.00	$ 19,600.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

Folio 0001522

139	UMF # 24 YECAPIXTLA	ESTERILIZADOR DENTAL	S/M	S/M	S/N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISION DE CAMARA, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE TARJETAS DE MANDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, CAMBIO DE VSLVULA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE INTERRUPTORES, FOCO PILOTO, TIMER Y PUESTA EN MARCHA	JCU VII	Esterilización y control infecciones	5	$ 18,400.00	$ 18,400.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

140	HGR # 1 CUERNAVACA	HORNO	ECOSHEL	9025L	2E+11	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REQUIERE REVISIÓN, AJUSTE O SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. REQUIERE REHABILITACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA SU PROGRAMACIÓN. REQUIERE REHABILITACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DEL BIEN: PINTURA, ETIQUETADO, ETC. Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	JCU I	Esterilización y control infecciones	5	$ 15,600.00	$ 15,600.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

141	GUARDERIA 001	R DE VAPOR AU	IMMSA	AKGE-16164-GA	S/N	SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION Y/ O SUSTITUCION DE VALVULAS DE SUMINISTRO DE VAPOR, REVISION Y CONTROL EN INTERIOR DE AUTOCLAVE COMPROBANDO HERMETICIDAD, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA Y REEMPLAZO DE EMPAQUE, MANTENIMIENTO Y / O SUSTITUCION DE VALVULA REGULADORA DE VAPOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, APRIETE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISION Y AJUSTE DE SEGURIDADES, REHABILITACION INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	JCU VIII	Esterilización y control infecciones	5	$ 49,300.00	$ 49,300.00
										SUBOTOTAL	$ 765,380.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
SBI

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE CONSERVACION

DEPENDENCIA:	ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
CONCURSO	Servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico (partidas 1, 4, 5, 9 y 10) perteneciente al OOAD Morelos ejercicio 2026

PROPUESTA ECONOMICA

N°	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	descripcion del mantenimiento requerido	JCU	partida por tipo	partida	Precios unitarios	Importe

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

Folio 0001526

181	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	AGILENT	M4735A	IS0010726	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 35,600.00	$ 35,600.00

182	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83179	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,500.00	$ 36,500.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

183	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	MRL	PIC-2	83188	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,500.00	$ 36,500.00

184	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T00B09385	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,500.00	$ 36,500.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

185	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	T03K5266	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,500.00	$ 36,500.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

186	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	ZOLL	MSERIES	S/D	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,500.00	$ 36,500.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

187	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	INOMED	RDIO-AID2	S/N	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 28,900.00	$ 28,900.00

188	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	Philips	EFFICIA DFM100	CN32644 336	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 42,100.00	$ 42,100.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

189	HGR # 1 CUERNAVACA	DESFIBRILADOR	BURDICK	MEDIC 5	29415	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 35,200.00	$ 35,200.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

190	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRADFO	CONTEC MEDICAL	ECG1200G	2.1E+10	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICA) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 21,500.00	$ 21,500.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

191	UMF # 24 YECAPIXTLA	VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL	DRAGER	TRIGGER	S/N	SE REQUIERE MANTTO. PREVENTIVO. REQUIERE REVISIÓN Y AJUSTE EN SISTEMA NEUMÁTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS, CELDAS DE OXIGENO. CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE EMPAQUES Y MANGUERAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON PACIENTES INCLUYENDO EL KIT DE EXHALACIÓN/INHALACIÓN	JCU VII	Terapia respiratoria y soporte vital	10	$ 32,600.00	$ 32,600.00

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

192	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0073	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 33,650.00	$ 33,650.00

193	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0067	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,550.00	$ 36,550.00

194	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0068	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 22,500.00	$ 22,500.00

195	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU 0072	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 21,500.00	$ 21,500.00

196	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0075	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 33,400.00	$ 33,400.00

197	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0077	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 33,400.00	$ 33,400.00

198	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0080	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 35,600.00	$ 35,600.00

199	HGR # 1 CUERNAVACA	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	FUKUDA	CZ-430	N01CMAU0081	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION AJUSTE Y CALIBRACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y CIRCUITOS QUE INTERVENGAN EN LA MEDICION DE ECG, REMPLAZO DE CABLES CONSUMIBLES (CHUPONES PRECORDIALES, PINZAS Y CABLE DE ECG), BATERIA Y REVISION DEL BUEN FUNIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA, TOUCH, BOTONERAS, MEMBRANAS, ETC. SE REQUIERE LA REAHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA REABILITACION Y/O SUSTITUCION DE CARRO DONDE SE MONTA EL EQUIPO (ESTRUCTURA, RUEDAS CON FRENOS, SEGUROS PARA EL EQUIPO ETC). Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 35,600.00	$ 35,600.00

200	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000267	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,750.00	$ 36,750.00

201	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000262	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,750.00	$ 36,750.00

202	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H00069	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,750.00	$ 36,750.00

203	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H000241	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 36,750.00	$ 36,750.00

204	HGR # 1 CUERNAVACA	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	ZOLL	M2	BA20H0002 48	REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REVISION Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, REMPLAZO DE BATERIAS DE RESPALDO, REVISION, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO (QUE INCLUYA EL CABLE DE CONEXION), REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES, SUSTITUCION DE CABLES CONSUMIBLES (CABLE DE MARCAPASOS, SENSOR DE SPO2 CON TRONCAL, CABLE DE ECG, PANI CON BRAZALETE Y MANGUERA, REHABILITACION INTEGRAL DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PRESENTANDO Y ANEXANDO (A LA ORDE DE SERVICIO) EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR (SMINULADOR DE PACIENTE , SEGURIDAD ELECTRICAY DE DESFIBRILADOR) UTILIZADO QUE SEA CORRESPONDIENTE AL AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	JCU I	EQUIPOS DE DIAGNOSTICO	10	$ 32,600.00	$ 32,600.00
									SUBTOTAL		$ 810,200.00

ATENTAMENTE:

LIC. JUAN CARLOS ACOSTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Calle: Tepozteco, No. 160, Int. 3, Col. Atenatitlan, Municipio: Jiutepec, Morelos, C.P:62570
Telefono: 7771158251, 7772447953, Correo electronico: sbi_servicios@hotmail.com

Folio 0001550