



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-T-96-2026 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: TERAPIA POST QUIRÚRGICA V.A.C. CON EQUIPO A COMODATO 2026.OOAD MORELOS".

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las trece horas del día trece de Abril del dos mil veintiséis, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Avenida Plan de Ayala no. 1201 esq. Avenida Central, Colonia Ricardo Flores Magón, 62450 Cuernavaca, Morelos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el (los) numeral(es) 3.2 y 3.2.4 de la Convocatoria.

El acto fue presidido por el funcionario público, Lic. Jorge Luis Luna Ham, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, así mismo se encuentran presentes en el acto los funcionarios M.E. Marco Antonio Bermudez Espinosa, Coordinación de Prevención y Atención a la Salud, Lic. Rodrigo Rangel Capetillo, Encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación y C.P. America Virginia Morales Becerril N47 Líder de Proyecto C.

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 35 fracción I, 36, 47, 48 fracción II, 49, y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en los puntos 3.1 y 5 de la convocatoria de la licitación que regulan el proceso licitatorio, se efectuó el análisis a las proposiciones técnicas, legales y económicas mismo que sirvió como base para emitir el fallo, el cual se dio a conocer en este acto de la licitación.

Cabe señalar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como observador.

EVALUACION LEGAL

Derivado del análisis a la documentación legal presentada por las empresas que a continuación se detallan, en la convocatoria antes señalada, la C.P. America Virginia Morales Becerril, N47 Líder de Proyecto quien elabora, Lic. Rodrigo Rangel Capetillo, Encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios quien supervisa, emiten la presente EVALUACIÓN LEGAL, atendiendo al Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Artículo 99 de su Reglamento, vigentes a las bases emitidas para la presente Licitación, así como en el numeral 5.3.10 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, emitidas por el IMSS.

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía Compras MX)	EVALUACION
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	Cumple, Con la Documentación Legal Administrativa solicitada en el numeral 4.1.3 de la Convocatoria.
2.	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	Cumple, Con la Documentación Legal Administrativa solicitada en el numeral 4.1.3 de la Convocatoria.





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GVR-050GYR007-T-96-2026 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: TERAPIA POST QUIRÚRGICA V.A.C. CON EQUIPO A COMODATO 2026.OOAD MORELOS".

Se realiza la verificación de los participantes en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, de la página de la Secretaría de la Función Pública, no encontrándose sancionados, para lo cual se anexa 2 fojas, así mismo se realizó la verificación en el reporte de Proveedores Impedidos en el Sistema Compranet anexándose 1 foja.

EVALUACION TECNICA

Derivado del análisis a las propuestas técnicas presentadas por las empresas que a continuación se detallan, en la convocatoria antes señalada: los I.B. Jorge Suarez Arreola, Coordinador de Ingeniería Biomédica quien elabora y el M.E. Marco Antonio Bermudez Espinosa, Coordinador de Prevención y Atención a la Salud, quien supervisa, emiten la presente evaluación técnica, con fundamento en el Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 99 de su Reglamento, así como al Numeral 4.40 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, emitidas por el IMSS, se anexan 13 fojas de la evaluación técnica realizada y su matriz de evaluación.

No.	Licitantes que presentaron sus proposiciones electrónicamente (Vía COMPRAS MX)	PARTIDAS	Evaluación
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	1,2,3,4,5,6,7,8	Cumple. Con la documentación requerida en el Anexo Técnico Y <u>Términos y condiciones solicitados en el numeral 4.1.1 de la Convocatoria.</u>
2.	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	1,2,3,4,5,6,7	No Cumple. Con la documentación requerida en el Anexo Técnico Y <u>Términos y condiciones solicitados en el numeral 4.1.1 de la Convocatoria, se desecha con fundamento en el numeral 4.2.1 Causales expresas de desechamiento de la convocatoria.</u>

EVALUACION ECONOMICA

Una vez revisadas y analizadas las evaluaciones técnicas emitidas en términos del numeral 4.40 de las POBALINES, se desprende que un licitante cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria, por lo que la C.P. America Virginia Morales Becerril N47 Líder de Proyecto quien elabora, y el Lic. Rodrigo Rangel Capetillo, Encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios quien revisa, proceden a emitir la siguiente evaluación de la propuesta económica conforme a los Artículos 47, 48, 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Artículo 99 de su Reglamento, vigentes a la convocatoria emitida para la presente Licitación, así como en el numeral 5.3.10 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, emitidas por el IMSS, como a continuación se detalla:





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-0506YR007-T-96-2026 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: TERAPIA POST QUIRÚRGICA V.A.C. CON EQUIPO A COMODATO 2026.OOAD MORELOS".



No. Part	CUCOP	PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción	UNI	CANT	TIPO	PP	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	PU	PU CONVENIENTE	PU ACEPTABLE	IMPORTE CANTIDAD MINIMA	IMPORTE CANTIDAD MAXIMA	EVALUACION ECONOMICA
3	25400204	INVESTIGACION MERCADO	379	375	0500	01	01	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC. ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINIL DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML. EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSIA TRAC, QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECIO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPILE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSIA TRAC. PRESENTACION: PIEZA COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NÚMERO DE CATALOGO: M8275063. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.	CJA	5	PZA	1020	11	28			\$15,500.00	\$ 9,300.00	\$ 17,050.00	\$ 19,800.00	\$ 554,400.00	ASIGNADA
3	25400204	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	379	375	500	01	01	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC. ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINIL DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML. EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSIA TRAC, QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECIO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPILE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSIA TRAC. PRESENTACION: PIEZA COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NÚMERO DE CATALOGO: M8275063. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.	CJA	5	PZA	1020	11	28	3M/ SOLVENTUM	IRLANDA	\$13,000.00			\$ 33,000.00	\$ 84,000.00	CUMPLE



2026
año de
Margarita
Maza

Av. Plan de Ayala No. 1201, Esq. Av. Central, Col Ricardo Flores Magón, C.P. 62430, Cuernavaca, Morelos. Tel: (777) 315 54 43
www.inss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-0506YR007-T-96-2026 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: TERAPIA POST QUIRÚRGICA V.A.C. CON EQUIPO A COMODATO 2026.OOAD MORELOS".

No. Part	CUOP	PROVEEDOR	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción	UNI	CANT	TIPO	PP	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	PU	PU CONVENIENTE	PU ACEPTABLE	IMPORTE CANTIDAD MINIMA	IMPORTE CANTIDAD MAXIMA	EVALUACION ECONOMICA							
4	25400204	INVESTIGACION MERICADO	379	561	3003	00	01	APÓSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOLICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 10 CM. DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR. CONTIENE ADEMÁS: TRES PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM MAS MENOS 2MM, 32 CM. MAS MENOS 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, PELICULA PLASTICA, PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1, PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2, UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANEIRA PRECISA LA PRESION NEGATIVA (TRAQ) DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTODHERRIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES: 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: M8275098. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.	PZA	1	PZA	1020	17	42										\$ 2,578.05	\$ 1,546.83	\$ 2,135.86	\$ 259,700.00	\$ 9,089,500.00	ASIGNADA
4	25400204	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	379	561	3003	00	01	APÓSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOLICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 10 CM. DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR. CONTIENE ADEMÁS: TRES PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM MAS MENOS 2MM, 32 CM. MAS MENOS 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, PELICULA PLASTICA, PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1, PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2, UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANEIRA PRECISA LA PRESION NEGATIVA (TRAQ) DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTODHERRIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES: 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: M8275098. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.	PZA	1	PZA	1020	17	42	3M/ SOLVENTUM IRLANDA		\$2,300.00							\$ 292,600.00			\$ 731,500.00		CUMPLE



2026
año de
Margarita
Maza

Av. Plan de Ayala No.1201, Esq. Av. Central, Col Ricardo Flores Magón, C.P. 62430, Cuernavaca, Morelos. Tel: (777) 315 54 43
www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-T-96-2026 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: TERAPIA POST QUIRÚRGICA V.A.C. CON EQUIPO A COMODATO 2026.00AD MORELOS".



La propuesta económica de las partidas 1,2 y 7, ofertadas por el licitante AMC BIOMECIAL SA DE CV., se desecha en términos en el Artículo 5 fracción XIV inciso a) por precio no aceptable de la LAASSP.

Derivado del análisis legal-administrativo, técnico y económico, efectuado a las propuestas presentadas por parte de la proveedora se desprende que el proveedor que se detalla a continuación, cumple con la totalidad de los requisitos, solicitados en las bases de la licitación y obtuvo el mejor resultado de la evaluación por Método Binario y garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme al artículo 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se emite el siguiente:

FALLO

PROVEEDOR: AMC BIOMEDICAL SA DE CV

RFC: ABI 110629 LA5

CORREO ELECTRONICO: licitaciones@biosupport.mx ; contratos@biosupport.mx

NO. PROCEDIMIENTO COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR007-T-96-2026

CODIGO EXP. COMPRAS MX: E-2026-00024081

NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007T09626-001-00

REGISTRO SAL: D266005

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD: 00000115775-2026 FECHA: 01/04/2026

CUENTA: 21121113 Vigencia: Del 14 de Abril de 2026 al 31 de Diciembre de 2026

No. Part	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción	UNI	CANT	TIPO	PP	CANT MIN	CANT MAX	MARCA	PROCEDENCIA	PU	IMPORTE CANTIDAD MINIMA	IMPORTE CANTIDAD MAXIMA
3	379	375	0500	01	01	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC. ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML. CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSA TRAC, QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITTEN LA PRESION DEL LECHEO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPIE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSA TRAC. PRESENTACION: PIEZA, COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NÚMERO DE CATALOGO: MB275063. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC.	CIA	5	PZA	1020	11	28	3M/ SOLVENTIUM	IRLANDA	\$13,000.00	\$ 143,000.00	\$ 364,000.00

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

María García Maza

MODULO DE LICITACIONES

MODULO DE LICITACIONES No.1201, Esq. Av. Central Col Ricardo Flores Magón, C.P. 62430, Cuernavaca, Morelos. Tel: (777) 315-5443



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA SOCIAL

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-T-96-2026 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: TERAPIA POST QUIRÚRGICA V.A.C. CON EQUIPO A COMODATO 2026.OOAD MORELOS".



4	379	561	3003	00	01	APÓSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFÓBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 10 CM. DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR. CONTIENE ADEMÁS: TRES PELÍCULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM MAS MENOS 2MM, 32 CM. MAS MENOS 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, PELÍCULA PLÁSTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NÚMERO 1, PELÍCULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NÚMERO 2. UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESION NEGATIVA (TRAC) DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTODHERRIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES: 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFÉRICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. PRESENTACION: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: M8275098. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.	PZA	1	PZA	1020	17	42	3M/ SOLVENTUM	IRLANDA	\$2,300.00	\$ 39,100.00	\$ 96,600.00
5	379	561	3011	00	01	APÓSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFÓBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 18 CM. DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR. CONTIENE ADEMÁS: A) TRES PELÍCULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM MAS MENOS 2MM, 32 MAS MENOS 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS. UNA PELÍCULA PLÁSTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NÚMERO 1, PELÍCULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NÚMERO 2. B) UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESION NEGATIVA (TRAC) DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTODHERRIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES: 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFÉRICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. PRESENTACION: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: M8275098. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.	PZA	1	PZA	1020	20	51	3M/ SOLVENTUM	IRLANDA	\$2,400.00	\$ 48,000.00	\$ 122,400.00



2022
BIÑO
d QUE TRANSMITEN LA
HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA SOCIAL

Av. Central, Col. Ricardo Flores Magón, C.P. 62430, Cuernavaca, Morelos. Tel: (777) 315 54 43



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GVR-050GYR007-T-96-2026 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: TERAPIA POST QUIRÚRGICA V.A.C. CON EQUIPO A COMODATO 2026.OOAD MORELOS".



				TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. PRESENTACION: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: M8275096. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.															
6	379	561	0934	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFÓBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO.	PZA	1	PZA	1020	37	93	3M/ SOLVENTUM	IRLANDA	\$3,200.00	\$	118,400.00	\$	297,600.00
8	379	561	2997	00	01	APOSITO DE POLIURETANO GRADO MEDICO POROSIDAD DE 400 A 600 MICRAS, COLORMORADO DE 90CM DE LARGO X 5CM X 2CM, CAPA DE TELA POLIESTER, CON PLATA IONICAL 0.019%, TIRA DE HIDROCOLOIDE BILATERAL A LO LARGO DEL APOSITO, COMOINTERFAZ, CONTIENE ADEMÁS: TRES LAMINAS DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESION NEGATIVA(TRAQ), UNA REGULA DE MEDICION, DOS TIRAS DE HIDROCOLOIDE, UN CONECTOR PARA CANISTER. PRESENTACION: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: PRE2055US. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE:531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.	PZA	1	PZA	1020	4	10	3M/ SOLVENTUM	IRLANDA	\$6,000.00	\$	24,000.00	\$	60,000.00
SUBTOTAL																\$	372,500.00	\$	940,600.00

TIPO DE FIANZA: **INDIVISIBLE SIN PRORRATA** PORCENTAJE DE FIANZA: **10% SIN IVA** MONTO DE LA FIANZA: **\$ 94,060.00**

Se declaran DESIERTAS las partidas 1,2 Y 7 por no contar con propuestas susceptibles de asignación, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Se informa a la proveeduría que la entrega de los Bien será de acuerdo al Anexo 1 y Anexo 2.- Términos y Condiciones de la Convocatoria así mismo se informa que deberá firmar el contrato a más tardar 15 días naturales posteriores a la fecha del fallo a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de Compras MX; una vez formalizado el contrato deberá realizar la impresion en el módulo antes señalado, el cual deberá acompañar a la documentación descrita en





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-T-96-2026 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: TERAPIA POST QUIRÚRGICA V.A.C. CON EQUIPO A COMODATO 2026.00AD MORELOS".



Los Licitantes adjudicados, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción II de la LAASSP y 130 del RLAASSP, la política 5.5.5.1 de las POBALINES se compromete a entregar una garantía por la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del importe máximo del contrato antes del IVA, en pesos mexicanos e idioma español, mediante póliza de fianza a favor del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, de conformidad a las condiciones señaladas en la Convocatoria.

Se informa que este Fallo se constituye de tres actos administrativos siendo el primero de ellos la evaluación legal-administrativa realizada por el Área Contratante, el segundo es la evaluación técnica realizada por el Área Técnica/Requiente; y la tercera la evaluación económica realizada por el Área Contratante, por lo que cada una de las áreas señaladas en sus respectivos ámbitos de competencia son estrictamente responsables del contenido y efectos de dichas evaluaciones.

Estos actos administrativos se encuentran anexos a la presente acta como si a la letra se insertasen, por lo que únicamente en esta acta se plasma el resultado obtenido de dichos actos.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las trece horas con treinta, del día de su inicio.

Esta Acta consta de 10 fojas y 16 anexos, Firmando electrónicamente de conformidad los funcionarios presentes en el acto, (mediante firma electrónica avanzada) para los efectos legales, a través de la Plataforma Compras Mx en términos del artículo 36 de la LAASSP.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LIC. JORGE LUIS LUNA HAM (Firma electrónicamente)
COORDINADOR DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD	M.E. MARCO ANTONIO BERMUDEZ ESPINOSA (Firma electrónicamente)



Av. Plan de Ayala No. 1201, Esq. Av. Central, Col Ricardo Flores Magón, C.P. 62430, Cuernavaca, Morelos. Tel: (777) 315 54 43
www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR007-T-96-2026 "ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: TERAPIA POST QUIRÚRGICA V.A.C. CON EQUIPO A COMODATO 2026.OOAD MORELOS".



COORDINADOR DE INGENIERIA BIOMEDICA	I.B. JORGE SUAREZ ARREOLA (Firma electrónicamente)
ENC. DE ATENDER LOS ASUNTOS DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN TÉRMINOS DEL OFICIO 189001150100/0662/2026/CAE DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2026	LIC. RODRIGO RANGEL CAPETILLO (Firma electrónicamente)
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	NO ASISTIÓ

-----FIN DEL ACTA-----



2026
año de
Margarita
Maza



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: AMC BIOMEDICAL

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción:

Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

AMC BIOMEDICAL

Buscar


Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------------	--------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------

0 - 0 of 0 « »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.





Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: MEDICAL RECOVERY

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:

Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción:

Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

MEDICAL RECOVERY

Buscar

Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------------	--------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------

0 - 0 of 0 « »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



Reporte de impedidos

Nombre o Razón social	RFC	País	Impedido contratar con	Periodo del Impedimento en Inicio-Fin	Piiza (año, meses, días)	En materia de	Fracción	Estatus
TLM SERVICIOS BIOMÉDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TSB161106K28	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	25/03/2026 00:00:25:03/2027 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
SEITONIC SA DE CV	SEI170407062	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	23/03/2026 00:00:23:03/2027 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
ENCORE HEALTH SA P I DE CV	EHE140210V45	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11/03/2026 00:00:11:03/2027 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS GEO S DE RL DE CV	IEH070524B52	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	30/01/2026 00:00:30:01/2027 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
SEITONIC SA DE CV	SEI170407062	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24/11/2025 00:00:24:11/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
SEITONIC SA DE CV	SEI170407062	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	30/10/2025 00:00:30:10/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
COMERCIALIZADORA DICS SA DE CV	CDI0910108G3	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	29/10/2025 00:00:29:10/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
CONTRALADORA MEDICA SA DE CV	CME171010348	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	15/10/2025 00:00:15:10/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
CONSULTORES EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	COS0090320T9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	20/06/2025 00:00:20:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
COMERCIALIZADORA ORTOPÉDICA DEL SURESTE SA	COM181216C24	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
SEGURIDAD PRIVADA INACON SA DE CV	SPH180920B85	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
COMAGG SA DE CV	COM181216C24	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
SEGURIDAD PRIVADA INACON SA DE CV	SPH180920B85	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE SA DE CV	SEA940302H45	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCIÓN Y RECICLADOS	GIR061019W71	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
P C&B FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS SA DE CV	PCF120321W43	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
JONES ISAAC SANCHEZ MALDA	SAK174017147	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
COMERCIALIZADORA DE MANAGEMENT SOLUTIONS SA DE CV	COM181216C24	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	18/06/2025 00:00:18:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJO SA DE CV	PME001125T63	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	28/06/2025 00:00:28:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
IMPULSORA DE MATERIAL HOSPITALARIO SA DE CV	IMH090806B55	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	28/06/2025 00:00:28:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
SURTIDORA MEDICA DE OCCIDENTE SA DE CV	SMO090806B55	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	28/06/2025 00:00:28:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
LABORATORIOS LE ROY SA DE CV	LLE8305119Y9	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/06/2025 00:00:26:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122W45	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/06/2025 00:00:26:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
STAR ALAS A P I DE CV	SAL130621SE6	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	25/06/2025 00:00:25:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
VITAE LABORATORIOS SA DE CV	VLA170323E80	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	25/06/2025 00:00:25:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO
TLM SERVICIOS BIOMÉDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TSB181119K28	MÉXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19/06/2025 00:00:19:06/2026 00:00	1-0-0	LAASP 50	III	ACTIVO





**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas

Coordinación De Ingeniería Biomédica

Cuernavaca, Mor., a 09 de abril de 2026

EVALUACIÓN TÉCNICA

Me refiero al procedimiento de "LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR007-T-96-2026 1ra. Vta.", misma que corresponde a la evaluación técnica de la proposición del proveedor:

• **AMC Biomedical S.A. de C.V.**

No. Partida	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción	Eva Tec
1	379	328	0144	00	01	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) PARA TERAPIA VAC, DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON.	Cumple con la totalidad de los puntos a evaluar
2	379	375	0526	00	02	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C.ULTA. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 100 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE	Cumple con la totalidad de los puntos a evaluar





**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas
Coordinación De Ingeniería Biomédica

3	379	375	0500	01	01	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSATAC, QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COUPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSATAC. PRESENTACION: PIEZA. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: M8275063. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.	Cumple con la totalidad de los puntos a evaluar
---	-----	-----	------	----	----	---	---





**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas

Coordinación De Ingeniería Biomédica

4	379	561	3003	00	01	APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 10 CM. DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR. CONTIENE ADEMAS: TRES PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM MAS MENOS 2MM. 32 CM. MAS MENOS 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1, PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2. UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESION NEGATIVA (TRAC) DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTOADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES: 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M8275098. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.	Cumple con la totalidad de los puntos a evaluar
---	-----	-----	------	----	----	--	--





Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas

Coordinación De Ingeniería Biomédica

5	379	561	3011	00	01	APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 18 CM. DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR. CONTIENE ADEMAS. A) TRES PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM MAS MENOS 2MM., 32 MAS MENOS 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS. UNA PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1, PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2. B) UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESION NEGATIVA (TRAC) DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTOADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES: 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLER CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M8275096. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.
---	-----	-----	------	----	----	---

Cumple con la
totalidad de los
puntos a evaluar





**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas
Coordinación De Ingeniería Biomédica

6	379	561	0934	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO,	Cumple con la totalidad de los puntos a evaluar
7	379	561	1411	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO PARA ABDOMEN ABIERTO, ABTHERA TM SENSAT.R.A.C. TM, CONSTA DE UNA CAPA PROTECTORA VISCERAL (VPL), CAPA DE CONTACTO ELABORADA A BASE DE DOS PELICULAS DE POLIURETANO FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA CON UN	Cumple con la totalidad de los puntos a evaluar
8	379	561	2997	00	01	APOSITO DE POLIURETANO GRADO MEDICO POROSIDAD DE 400 A 600 MICRAS , COLORMORADO DE 90CM DE LARGO X 5CM X 2CM , CAPA DE TELA POLIESTER, CON PLATA IONICAAL 0.019%, TIRA DE HIDROCOLOIDE BILATERAL A LO LARGO DEL APOSITO, COMOINTERFAZ. CONTIENE ADEMAS: TRES LAMINAS DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO,UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESION NEGATIVA(TRAC), UNA REGLA DE MEDICION, DOS TIRAS DE HIDROCOLOIDE, UN CONECTOR PARACANISTER. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PRE2055US. PARA SU USO EN ELEQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE:531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.	Cumple con la totalidad de los puntos a evaluar






**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas
Coordinación De Ingeniería Biomédica

ATENTAMENTE



M.E. Marco Antonio Bermudez Espinosa
Coord. De Prevención y Atención a la Salud

Realizó.- **IB Jorge Suárez Arreola.** – Coord. De Ing. Biomédica






**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas

Coordinación De Ingeniería Biomédica

Cuernavaca, Mor., a 09 de abril de 2026

EVALUACIÓN TÉCNICA

Me refiero al procedimiento de "LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR007-T-96-2026 1ra. Vta.", misma que corresponde a la evaluación técnica de la proposición del proveedor:

- **Medical Recovery, S.A. de C.V.**

No. Partida	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción	Cantidad Solicitada	EVA TEC
1	379	328	0144	00	01	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) PARA TERAPIA VAC, DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON.	28	No cumple, No menciona en su registro sanitario ni en su folleto que la medida de los poros cerrados menores de 200micras. Folio 229 y 267. De acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 inciso b). Se desecha con fundamento al numeral 4.1.1 y 4.2.1 de la convocatoria.
2	379	375	0526	00	02	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C.ULTA. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA100 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE	35	No cumple la capacidad de su insumo es menor al solicitado en la clave de acuerdo al registro sanitario con Folio 231 y a su folleto con folio 272. De acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 inciso b). Se desecha con fundamento al numeral 4.1.1 y 4.2.1 de la convocatoria.





**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas

Coordinación De Ingeniería Biomédica

3	379	375	0500	01	01	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSATAC, QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLER CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSATAC. PRESENTACION: PIEZA. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: M8275063. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.	32	No cumple la capacidad de su insumo es menor al solicitado en la clave de acuerdo al registro sanitario con Folio 275 y en su folleto con folio 232. De acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 inciso a). Se desecha con fundamento al numeral 4.1.1 y 4.2.1 de la convocatoria.
---	-----	-----	------	----	----	---	----	--





**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas

Coordinación De Ingeniería Biomédica

4	379	561	3003	00	01	APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 10 CM. DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR. CONTIENE ADEMAS: TRES PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM MAS MENOS 2MM. 32 CM. MAS MENOS 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1, PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2. UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESION NEGATIVA (TRAC) DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTOADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES: 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO	42	No cumple, El producto ofertado no cumple con el material de la espuma de "Poliuretano reticulado" y no cumple con las medidas solicitadas "DE 10 CM. DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM", así también las característica "CONTIENE ADEMAS: TRES PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE", de acuerdo a su folleto y registro sanitario con folios 286 y 234. De acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 inciso a). Se desecha con fundamento al numeral 4.1.1 y 4.2.1 de la convocatoria.
---	-----	-----	------	----	----	---	----	---





**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas
Coordinación De Ingeniería Biomédica

						DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLER CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M8275098. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]





**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas

Coordinación De Ingeniería Biomédica

5	379	561	3011	00	01	APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 18 CM. DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR. CONTIENE ADEMAS. A) TRES PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM MAS MENOS 2MM., 32 MAS MENOS 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS. UNA PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1, PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2. B) UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESION NEGATIVA (TRAC) DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTOADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES: 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO	51	No menciona en su registro sanitario ni en su folleto las medidas que corresponden a lo solicitado "18 CM. DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM", ni tampoco el producto ofertado cumple con el material de la espuma de "Poliuretano reticulado", así también las característica "CONTIENE ADEMAS. A) TRES PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE" de acuerdo con los Folios 238 y 292. De acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 inciso a). Se desecha con fundamento al numeral 4.1.1 y 4.2.1 de la convocatoria.
---	-----	-----	------	----	----	---	----	--





Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas
Coordinación De Ingeniería Biomédica

						DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M8275096. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. CLAVE: 531.357.0011. MARCA: VAC. MODELO: ULTA.		
6	379	561	0934	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO,	93	No cumple, el producto ofertado no cumple con el material de la espuma de "Poliuretano reticulado" de acuerdo con el folleto y registro sanitario con el folio 241 y 303. De acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 inciso a). Se desecha con fundamento al numeral 4.1.1 y 4.2.1 de la convocatoria.
7	379	561	1411	00	01	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO PARA ABDOMEN ABIERTO, ABTHERA TM SENSE T.R.A.C. TM, CONSTA DE UNA CAPA PROTECTORA VISCERAL (VPL), CAPA DE CONTACTO ELABORADA A BASE DE DOS PELICULAS DE POLIURETANO	42	No cumple, el producto ofertado no cumple con el material de las dos películas de "CAPA DE CONTACTO ELABORADA A BASE DE DOS PELICULAS DE POLIURETANO FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA" de acuerdo con el folio 245 y registro sanitario folio .





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**Órgano De Operación Administrativa
Desconcentrada Morelos**

Jefatura De Servicios De Prestaciones Médicas
Coordinación De Ingeniería Biomédica

						FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA CON UN	De acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 inciso a). Se desecha con fundamento al numeral 4.1.1 y 4.2.1 de la convocatoria.
--	--	--	--	--	--	--	--

ATENTAMENTE

M.E. Marco Antonio Bermudez Espinosa
Coord. De Prevención y Atención a la Salud

Realizó.- **IB Jorge Suárez Arreola.** - Coord. De Ing. Biomédica



2026
año de
Margarita
Maza



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>