



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

En el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las **10:30** horas del día **31 de diciembre de 2024**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat número 327, código postal 71230 en el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como a lo establecido en el punto 4 de la Convocatoria antes mencionada.

En uso de la palabra la **L.A.E. Sandra Isela Barzalobre Aragón, Coordinadora de Abastecimiento y Equipamiento**, quien es autoridad competente para presidir el presente acto, de conformidad con los Artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional, 9 y 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación al Artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y quien preside este evento, dio la bienvenida e hizo la presentación de los servidores públicos, declarando formalmente iniciado el mismo.

Se comunica a los interesados que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero y **cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.**

Quien preside el acto, fue asistido por el el servidor público facultado como representante del Área Técnica de la presente convocatoria.

Una vez efectuado lo anterior, se procedió a apertura de la bóveda de Compranet a fin de verificar el envío y en su caso la recepción de preguntas presentadas por este medio de comunicación electrónica; **constatándose Existencia** de preguntas por este medio, formando parte de esta acta el reporte emitido por dicho sistema y que forma parte de esta acta.



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025

Código del expediente: E-2024-00113892 | Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025 | Estatus del procedimiento de contratación: EN ACLARACIONES

Código interno del procedimiento: P-2024-00110694 | Nombre del procedimiento de contratación: SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2025

Licitantes que han presentado proposición: 0

Datos Generales | Requerimientos | **Solicitudes de aclaración** | Proposiciones | Evaluación | Configuración de OSD | Fallo | Datos relevantes del contrato | Bitacora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones: 30/12/2024 11:30 | Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet: 29/12/2024 11:30

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR | Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	26/12/2024 17:07	26/12/2024 17:09			

« < 1 > » 10

-----0o0-----

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto 4 de la Convocatoria, se procedió a dar respuesta a todas y cada una de las preguntas presentadas en tiempo y forma por el licitante participante, las cuales se transcriben íntegramente con el nombre del licitante que las manifiesta, y sus respectivas respuestas, anexándose al expediente de esta licitación, los escritos presentados por los licitantes que contienen éstas, rubricada por los servidores Públicos presentes en este acto.

LICITANTE QUE MANIFIESTO PREGUNTAS A LAS ACLARACIONES GENERALES A TRAVES DE COMPRANET:

LICITANTE: VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
686904	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NÚMERO 12 EQUIPOS A PROPORCIONARSE EN EL H.G.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE ELIMINEN DEL PAQUETE 2 ENDOSCOPIÁS DEL APARATO	SE ACEPTA LA PROPUESTA



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			DE ZONA NO. 1 OAXACA	RESPIRATORIO Y DIGESTIVO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO *EQUIPO ITINERANTE SCCB TORRE PARA ENDOSCOPIA AVANZADA DE APARATO RESPIRATORIO ADULTO, QUE INCLUYE: TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA Y UN BRONCOSCOPIO. YA QUE NO ESTÁN SOLICITANDO NINGÚN PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL USO DE LOS MISMOS EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	
686905	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NÚMERO 12 EQUIPOS A PROPORCIONARSE EN EL H.G. DE ZONA NO. 1 OAXACA PÁG 76	DEBEMOS ENTENDER QUE EL LISTADO DE LOS 20 CONSUMIBLES ENUNCIADOS EN LA TABLA "PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO" DEBERÁN FORMAR PARTE DEL ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) PROPOSICIÓN ECONÓMICA, YA QUE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER LA COTIZACIÓN DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS A ENTREGARSE EN EL SERVICIO Y DE NO INCLUIRSE EN DICHO ANEXO, ESTOS NO FORMARÁN PARTE DEL CONTRATO. DICHS BIENES DE CONSUMO SON NECESARIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
686906	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NÚMERO 1 "A" (UNO "A"	DICE: EL PARTICIPANTE DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSIDERANDO LOS EQUIPOS MÉDICOS, SUS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y LOS BIENES DE CONSUMO QUE PERMITAN OTORGAR LAS CIRUGÍAS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXOS NÚMERO 1 (UNO) Y DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICO MÉDICA DEL EQUIPO MÉDICO, ANEXO NÚMERO 2 (DOS) DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS ANEXOS TÉCNICOS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y SET DE INSTRUMENTAL NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD DE LAPAROSCOPIA Y ENDOSCOPIA, SON DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN NACIONAL NUMERO LA-50-GYR-050GYR988-T-17-2023, Y QUE LOS ANEXOS TÉCNICOS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y SET DE INSTRUMENTAL NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARTROSCOPIA, SON DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN NUMERO LA-50-GYR-050GYR988-T-10-2024, QUE ES COMO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONFIGURADO EL SERVICIO.	SE REQUIERE QUE SE OTORGUEN LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LAS CIRUGIAS DEL ANEXO UNO, QUE CONSIDRA COLECISTECTOMIAS, Y ARTROSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
686907	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.3 FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS...	<p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>DICE:</p> <p>"A) PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO O EN MEDIO ELECTRÓNICO, EN ORIGINAL Y PDF, EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, EL CONTENIDO REFERENCIADO DE LOS FOLLETOS, LOS CATÁLOGOS, LA REFERENCIA GRÁFICA DEL INSTRUMENTAL EN CASO NECESARIO E INSTRUCTIVO. "</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO, NOS PERMITA ENTREGAR SOLO LAS PORTADAS Y PÁGINAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS, EN EL IDIOMA ORIGINAL, Y SI ESTE ES DISTINTO AL ESPAÑOL, NOS PERMITA COLOCAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LA CARACTERÍSTICA REFERENCIADA. ESTO PARA NO SOBREPASAR LA CAPACIDAD DE TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS EN EL SISTEMA DE COMPRANET (150 MB).</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
686908	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE:</p> <p>1.2.2 "DE 1920 X 1200 PÍXELES, CON ASPECTO 16:9 COMPATIBLE CON LA SEÑAL DEL PROCESADOR DE VIDEO."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"DE AL MENOS 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
686909	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE:</p> <p>1.2.4 "CON PANTALLA LCD DE MAYOR O IGUAL A 23"."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"CON PANTALLA LCD Ó SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE DE MAYOR O IGUAL A 23". "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	
686910	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.3.2 "RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 700 LÍNEAS HORIZONTALES Y/O 1280 X 1024 PÍXELES." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "RESOLUCIÓN MÍNIMA PARA HD DE AL MENOS 1920 X 1080 CON ASPECTO 16:9." TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
686911	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.3.8.3 "CON AL MENOS UNA SALIDA DE VIDEO DIGITAL Y UNA SALIDA ANÁLOGA." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON AL MENOS DOS SALIDAS DE VIDEO DIGITAL." TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
686912	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.3.9 "GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN EL RANGO DE 4.5 A 6.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>"GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN EL RANGO DE 3.0 A 6.5 MM DE DIÁMETRO DEL HAZ DE LUZ."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
686913	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.4.1 "LÁMPARA DE XENÓN DE 300 WATTS CON TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 5600 O 6000°K COMO MÍNIMO O DE TECNOLOGÍA DE LED DISEÑADA PARA LAPAROSCOPIA."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "LÁMPARA DE XENÓN DE 300 WATTS O DE TECNOLOGÍA DE LED DISEÑADA PARA LAPAROSCOPIA."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687074	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.4.3 "LÁMPARA DE RESPALDO, DE XENÓN O HALÓGENO O LED."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "LÁMPARA DE RESPALDO, DE XENÓN O HALÓGENO O LED. O FUENTE ALTERNA."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687075	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>DICE: 1.4.5 "CON INDICADOR O CONTROLADOR DE HORAS DE USO."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"CON INDICADOR O CONTROLADOR DE HORAS DE USO, SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE (SOLO PARA EL CASO DE XENÓN)"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687076	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.4.6 "CON ENTRADA UNIVERSAL O ADAPTADOR DE REVOLVER."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"CON ENTRADA COMPATIBLE CON GUÍA DE LUZ OFERTADA DE ACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687077	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.5.3 "FLUJO DE INSUFLACIÓN Y VOLUMEN."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"FLUJO DE INSUFLACIÓN Y VOLUMEN O CONSUMO"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	
687078	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.5.6 "CON MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON CONECTOR PIN INDEX." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON CONECTOR PIN O ROSCABLE " TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPOSTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687079	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.5.7 "CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANEL DE VOLUMEN, PRESIÓN Y CONSUMO." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON INDICADOR EN PANEL DE: VOLUMEN O CONSUMO Y PRESIÓN. " TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPOSTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687080	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.5.8.4 "NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO O PRECONFIGURABLES EN UN RANGO DE .1 A 2 L/MIN " TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS	SE ACEPTA LA PROPOSTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	
687081	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.6 "SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN O ALMACENAMIENTO MASIVO USB O CD O DVD." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN O ALMACENAMIENTO EN: USB O CD O DVD O DISCO DURO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE" TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687082	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.7 "EQUIPO DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN AUTOMÁTICO:" SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "EQUIPO DE IRRIGACIÓN AUTOMATICO Y/O EQUIPO DE ASPIRACIÓN AUTOMÁTICO: " TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687083	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.7.1 "CON SISTEMA DE RODILLOS. " SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON SISTEMA DE RODILLOS,(O SEGÚN	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687084	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.8 "CAPNÓGRAFO CON OXÍMETRO DE MESA:"</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"CAPNÓGRAFO CON OXÍMETRO: "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687085	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.8.1 "EQUIPO PORTÁTIL, PARA LA MEDICIÓN Y REGISTRO CONTINUO DE CO2 ESPIRADO, FRECUENCIA RESPIRATORIA, FRECUENCIA CARDÍACA O FRECUENCIA DE PULSO. PARA APLICACIÓN EN PACIENTES INTUBADOS: ADULTO, PEDIÁTRICO Y/O NEONATAL."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"EQUIPO PORTÁTIL, PARA LA MEDICIÓN Y REGISTRO CONTINUO DE CO2, FRECUENCIA RESPIRATORIA, FRECUENCIA CARDÍACA O FRECUENCIA DE PULSO. PARA APLICACIÓN EN PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO Y/O NEONATAL. "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687086	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	CV			<p>DICE: 1.8.4 "TECLADO DIGITAL DE MEMBRANA O SENSIBLE AL TACTO CON SIMBOLOGÍA INTERNACIONAL O EN ESPAÑOL."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"TECLADO DE MEMBRANA O SENSIBLE AL TACTO CON SIMBOLOGÍA INTERNACIONAL O EN ESPAÑOL."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	DEMÁS PARTICIPANTES
687087	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.8.5.3 "SPO2 EN EL RANGO DE 0 A 99 O MAYOR."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"SPO2 EN EL RANGO DE 0 A 99 O MAYOR O 1 A 100 O MAYOR "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
687088	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.8.5.7 "GRÁFICA DE CINOGRAFÍA Y PLETISMOGRAFÍA."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"GRÁFICA DE CAPNOGRAFÍA Y PLETISMOGRAFÍA."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	
687089	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.8.5.8 "MUESTREO DE LA SEÑAL CO2 DE 50 ML/MIN COMO MÍNIMO." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "MUESTREO O VELOCIDAD DE FLUJO DE LA SEÑAL CO2 DE 50 ML/MIN COMO MÍNIMO. O VELOCIDAD DE FLUJO DEL CAPNÓGRAFO DE 120 +/- 20ML POR MINUTO. " TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687090	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.8.6.1 "VISIBLES Y AUDIBLES: ALTA/BAJA DE CO2, SPO2, FRECUENCIA RESPIRATORIA, FRECUENCIA DE PULSO O FRECUENCIA CARDIACA, APNEA, BATERÍA BAJA, PARA CADA SENSOR SPO2 Y/O CO2 DESCONECTADO O EN MAL ESTADO Y/O MENSAJES DE ERROR." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "VISIBLES Y AUDIBLES: ALTA/BAJA DE CO2 (O ETCO), SPO2, FRECUENCIA RESPIRATORIA, FRECUENCIA DE PULSO O FRECUENCIA CARDIACA, BATERÍA BAJA, PARA CADA SENSOR SPO2 Y/O CO2 DESCONECTADO O EN MAL ESTADO Y/O MENSAJES DE ERROR." TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687091	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.8.7.4 "PARA USO CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE, CON DURACIÓN DE 6 HORAS	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>EN OPERACIÓN COMO MÍNIMO."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"PARA USO CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687092	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.8.7.6 "SALIDAS ANALÓGICAS O DIGITALES."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"SALIDAS ANALÓGICAS O DIGITALES O TRANSFERENCIA USB"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687093	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>DICE: 1.9.2 "ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL O DE VÍA AÉREA TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, REUSABLE PARA USO DE SENSORES DE FLUJO PRINCIPAL. "</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL O DE VÍA AÉREA TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO NEONATAL O ADAPTADOR DE LÍNEA DE VENTILACIÓN PARA ADULTOS Y NIÑO O LÍNEA DE CAPNOGRAFÍA PARA ADULTO/PEDIÁTRICO"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	
687094	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.9.3 "ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL O DE VÍA AÉREA TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, REUSABLE PARA USO DE SENSORES DE FLUJO LATERAL. " SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL O DE VÍA AÉREA TAMAÑO ADULTO Y PEDIÁTRICO (NEONATAL OPCIONAL) O ADAPTADOR DE LÍNEA DE VENTILACIÓN PARA ADULTOS Y NIÑOS O LÍNEA DE CAPNOGRAFÍA PARA ADULTO/PEDIÁTRICO " TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687095	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN DICE: 1.9.3 "ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL O DE VÍA AÉREA TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, REUSABLE PARA USO DE SENSORES DE FLUJO LATERAL. " SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL O DE VÍA AÉREA TAMAÑO ADULTO Y PEDIÁTRICO (NEONATAL OPCIONAL) O ADAPTADOR DE LÍNEA DE VENTILACIÓN PARA ADULTOS Y NIÑOS O LÍNEA DE CAPNOGRAFÍA PARA ADULTO/PEDIÁTRICO " TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687096	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>DICE: 1.15.2.2 "CON INTERVALO DE VELOCIDAD ENTRE 500 Y 12000 RPM MÍNIMO PARA AVANCE Y RETROCESO."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"CON INTERVALO DE VELOCIDAD EN EL RANGO, ENTRE 500 Y 10000 O MAYOR RPM PARA AVANCE Y RETROCESO. "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687097	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.2.3 "CON INTERVALO DE VELOCIDAD ENTRE 500 A 2500 RPM MÍNIMO EN OSCILACIÓN."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"CON INTERVALO DE VELOCIDAD EN EL RANGO, ENTRE 500 A 3000 RPM MÍNIMO EN OSCILACIÓN."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687098	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.2.4 "CON FUNCIONES DE ADELANTE, ATRÁS Y OSCILACIÓN EN BOTONES EN PIEZA DE MANO."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"CON FUNCIONES DE ADELANTE, ATRÁS Y OSCILACIÓN EN BOTONES EN PIEZA DE MANO. (O A TRAVÉS DEL PEDAL OPCIONAL)"</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687099	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.3 "BOMBA DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "BOMBA DE IRRIGACIÓN O SISTEMA PARA CONTROL DE FLUIDOS PARA ARTROSCOPIA."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687100	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.3.1 "CON INTERVALO DE CONTROL DE PRESIÓN ENTRE 30 Y 150 MM HG MÍNIMO. "</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON INTERVALO DE CONTROL DE PRESIÓN ENTRE 10 Y 150 MM HG MÍNIMO. "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687101	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.3.2 "FLUJO ENTRE EL RANGO 0.25 Y 1.8 IPM."</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"FLUJO ENTRE EL RANGO 0.25 A 2.5 IPM. "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687102	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.4 "EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPIA:"</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA, PLASMA O COBLACIÓN PARA ARTROSCOPIA SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687103	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.4.1.1 "MONOPOLAR Y BIPOLAR. "</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"MONOPOLAR Y/O BIPOLAR O COBLACIÓN. "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL MERCADO EXISTEN ESTOS TIPOS DE TECNOLOGÍA Y SE PUEDE TENER UN MEJOR CONTROL DE LA RADIOFRECUENCIA CON UNA TECNOLOGÍA BIPOLAR.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687104	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.4.1. "PARA EQUIPOS MONOPOLARES, PLACA O ELECTRODO DE RETORNO O</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				NEUTRO DE DIFERENTES TAMAÑOS. " ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA BIPOLAR, "LA PLACA O ELECTRODO DE RETORNO O NEUTRO DE DIFERENTES TAMAÑOS." NO SE OFERTARÁ?	
687105	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA DICE: 1.15.4.1.4 "CON FUNCIONES DE CORTE Y COAGULACIÓN NIVELES PRECONFIGURABLES." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON FUNCIONES DE CORTE O ABLACIÓN Y COAGULACIÓN NIVELES PRECONFIGURABLES (AJUSTABLES)." TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687106	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA DICE: 1.15.4.2 "PIEZA DE MANO REUSABLE O DESECHABLE COMPATIBLE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CATÁLOGO." SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "PIEZA DE MANO REUSABLE O DESECHABLE (SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) EN CASO DE SER DESECHABLE CONSIDERARLO COMO BIEN DE CONSUMO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS." TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687107	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA DICE:	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>1.15.5.1.1 "UNA LENTE DE 30° "</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"UNA LENTE DE 30° Ó 70° "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687108	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.5.1.3 "ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687109	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.5.1.4 "PARA EL CASO DE PEQUEÑAS ARTICULACIONES EL LENTE DEBE DE SER DE 2.4 O 2.7 MM. "</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"PARA EL CASO DE PEQUEÑAS ARTICULACIONES EL LENTE DEBE DE SER EN EL RANGO DE 2.3 A 2.7 MM."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
687110	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>¿SE ACEPTA?</p> <p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.8 "SUJETADOR DE PIERNAS UNIVERSAL:"</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "SUJETADOR O SOPORTE PARA PIERNAS UNIVERSAL:"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687111	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.8.1 "ADAPTADOR UNIVERSAL A MESA QUIRÚRGICA."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "ADAPTADOR UNIVERSAL O PINZA PARA LA MESA QUIRÚRGICA."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687112	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.8.2 "ADAPTADOR AL MANGO DE ISQUEMIA."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "ADAPTADOR AL MANGO DE ISQUEMIA (OPCIONAL)."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687113	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	<p>PARTIDA 12 DICE</p> <p>10.01.901 "TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRDABLE, PARA LA FIJACIÓN DE INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA, NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM.- LONGITUD DE 2 A 35 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS"</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITÁNIO O BIODEGRADABLE O ABSORBIBLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTÍA DE LIGAMENTOS CRUZADOS CON ROSCA NO CORTANTE, DIÁMETRO DE 7 A 10 MM., LONGITUD DE 25 A 35 MM., INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, PZA. "</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687114	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	<p>PARTIDA 15 DICE:</p> <p>10.01.918 "SUJETADORES PARA SISTEMA DE POSICIONAMIENTO PARA TOBILLO, CODO, MUÑECA Y HOMBRO."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"SUJETADORES PARA SISTEMA DE POSICIONAMIENTO Ó KIT DE ESTABILIZACIÓN PARA TOBILLO, CODO, MUÑECA Y HOMBRO."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
687115	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO	<p>PARTIDA 18 DICE: 10.01.918 "SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DE DIÁMETRO 00"</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DE DIÁMETRO 00 O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA 2-0 DE DIAMETRO DE POLIETILENO."</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687116	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)	<p>PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ORTOPEDIA</p> <p>DICE: 1.15.3.4 "CONTROL REMOTO PARA MANEJO PERIFÉRICO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE."</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CONTROL REMOTO PARA MANEJO PERIFÉRICO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE (OPCIONAL)"</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES MÉDICOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA COMO PARTE DEL SERVICIO ACTUAL, LAS CUALES NO HAN PRESENTADO NINGÚN CONTRATIEMPO DURANTE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687117	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>PAQUETE 1</p> <p>531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA.</p> <p>PUNTO 1.10.2.1</p> <p>DICE: "CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS."</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				"CON CORTE PURO O AUTO CUT CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS." DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE FORMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	
687118	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	PAQUETE 1 531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA. PUNTO 1.10.2.2 DICE: "CON MEZCLA BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON MEZCLA BLEND O DRYCUT Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS." DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE FORMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687119	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	PAQUETE 1 531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA. PUNTO 1.10.10.2 DICE: "CABLE Y PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CABLE Y PEDAL MONOPOLAR O INTERRUPTOR DE DOS PEDALES PARA CORTE Y COAGULACIÓN" DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE FORMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687120	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	PAQUETE 1 531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA. PUNTO 1.10.10.3 DICE: "PEDAL BIPOLAR." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				"PEDAL BIPOLAR O INTERRUPTOR DE DOS PEDALES." DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE FORMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	
687121	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	PAQUETE 2 531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA. PUNTO 2.4.2.1 DICE: "CON CORTE PURO CON POTENCIA MÁXIMA DE 300 WATTS." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON CORTE PURO CON POTENCIA MÁXIMA DE 300 WATTS." DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE FORMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687122	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	PAQUETE 2 531.431.0102 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA. PUNTO 2.4.2.2 DICE: "CON MEZCLA BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 100 WATTS. (ANTES 200 W)" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CON MEZCLA BLEND O DRYCUT Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 100 WATTS. (ANTES 200 W)" DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE FORMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687123	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	PAQUETE 2 531.328.0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN. PUNTO 2.9.3.1 DICE: "CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"CON CORTE PURO O AUTOCUT CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS."</p> <p>DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE FORMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687124	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>PAQUETE 2</p> <p>531.328.0165 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN.</p> <p>PUNTO 2.9.3.2 DICE:</p> <p>"CON MEZCLA BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"CON MEZCLA BLEND O DRYCUT Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS."</p> <p>DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE FORMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687125	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>PAQUETE 2</p> <p>531.328.0165 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN.</p> <p>PUNTO 2.9.12.2 DICE:</p> <p>"PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN O ELECTROCUAGULADOR."</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>"PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN O INTERRUPCIÓN DE DOS PEDALES O ELECTROCUAGULADOR."</p> <p>DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE FORMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687126	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO</p> <p>PUNTO: 2.2.2</p> <p>DICE:</p> <p>DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MAYOR 2.8 MM. (ANTES 3MM)</p> <p>PREGUNTA:</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL A 2.8 MM. (ANTES 3MM)</p> <p>YA QUE UN MAYOR DIÁMETRO EN EL CANAL DE TRABAJO FAVORECE LA INTRODUCCIÓN DE LOS DIFERENTES BIENES DE CONSUMO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687127	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO.</p> <p>PUNTO: 2.3.6</p> <p>DICE:</p> <p>CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN MENOR O IGUAL A 7 MM HASTA 100 MM.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN MENOR O IGUAL A 4 MM HASTA 100 MM.</p> <p>YA QUE UNA MAYOR PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN FAVORECE LA VISUALIZACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687128	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO.</p> <p>PUNTO: 2.3.10.3</p> <p>DICE:</p> <p>COMPROBADOR DE IMPERMEABILIDAD</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>COMPROBADOR DE IMPERMEABILIDAD O PROBADOR DE FUGAS.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687129	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>UNIDAD DE ELECTROCIROGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN.</p> <p>PUNTO: 2.5.3.1</p> <p>DICE:</p> <p>CON ZOOM ELECTRÓNICO MÍNIMO 1.5X.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON ZOOM ELECTRÓNICO O DIGITAL MÍNIMO 1.5X.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687130	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO</p> <p>PUNTO: 2.6.2</p> <p>DICE:</p> <p>DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MAYOR 2.8 MM</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL A 2.8 MM.</p> <p>YA QUE UN MAYOR DIÁMETRO EN EL CANAL DE TRABAJO FAVORECE LA INTRODUCCIÓN DE LOS DIFERENTES BIENES DE CONSUMO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687131	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO</p> <p>PUNTO: 2.6.10</p> <p>DICE:</p> <p>CON ZOOM ELECTRÓNICO MÍNIMO DE 1.5X.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON ZOOM ELECTRÓNICO O DIGITAL MÍNIMO DE 1.5X. EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
687132	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO PUNTO: 2.6.11 DICE: CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR. YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPOSTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687133	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO PUNTO: 2.6.12 DICE: CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA. EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPOSTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687134	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO PUNTO: 2.7.6	SE ACEPTA LA PROPOSTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>DICE:</p> <p>CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN < 7 MM HASTA 100 MM.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN MENOR O IGUAL A 4 MM HASTA 100 MM.</p> <p>YA QUE UNA MAYOR PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN FAVORECE LA VISUALIZACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687135	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO</p> <p>PUNTO: 2.7.10</p> <p>DICE:</p> <p>CON ZOOM ELECTRÓNICO MÍNIMO DE 1.5X.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON ZOOM ELECTRÓNICO O DIGITAL MÍNIMO DE 1.5X. EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687136	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO</p> <p>PUNTO: 2.7.11</p> <p>DICE:</p> <p>CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA.</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687137	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO</p> <p>PUNTO: 2.7.12</p> <p>DICE:</p> <p>CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON FUNCIÓN DE CROMOENDOSCOPIA DIGITAL O FUNCIÓN DE BANDA ANGOSTA. EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687138	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.316.0094 VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO</p> <p>PUNTO: 2.8.6</p> <p>DICE:</p> <p>CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN < 5 MM HASTA 60 MM.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN < 4 MM HASTA 60 MM.</p> <p>YA QUE UNA MAYOR PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN FAVORECE LA VISUALIZACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687139	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO *EQUIPO ITINERANTE</p> <p>PUNTO: 2.10.1.2</p> <p>DICE:</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>EL ENDOSCOPIO DE ULTRASONIDO LINEAL Y RADIAL DE TRANSDUCTOR ELECTRÓNICO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>EL ENDOSCOPIO DE ULTRASONIDO LINEAL O CONVEXO Y RADIAL DE TRANSDUCTOR ELECTRÓNICO.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687140	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO *EQUIPO ITINERANTE</p> <p>PUNTO: 2.10.2.3</p> <p>DICE:</p> <p>CON ESCANEADO DIGITAL RADIAL Y LINEAL.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON ESCANEADO DIGITAL RADIAL Y LINEAL O CONVEXO.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687141	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO *EQUIPO ITINERANTE</p> <p>PUNTO: 2.10.10.1</p> <p>DICE:</p> <p>DE VISIÓN LATERAL U OBLICUA CON BALÓN INCLUIDO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>DE VISIÓN LATERAL U OBLICUA COMPATIBLE CON BALÓN ENDOSCÓPICO DE ULTRASONIDO RADIAL O LINEAL.</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>YA QUE EL BALÓN ES UN BIEN DE CONSUMO Y NO VIENE INCLUIDO CON EL EQUIPO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687142	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO *EQUIPO ITINERANTE</p> <p>PUNTO: 2.10.10.3</p> <p>DICE:</p> <p>MODO DE ESCANEADO LINEAL O RADIAL.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>MODO DE ESCANEADO LINEAL O CONVEXO O RADIAL.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687143	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) EQUIPOS	<p>531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO *EQUIPO ITINERANTE</p> <p>PUNTO: 2.10.10.6</p> <p>DICE:</p> <p>PROFUNDIDAD DE CAMPO DE OBSERVACIÓN DE 5 O MENOR A 100 MM MAYOR.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>PROFUNDIDAD DE CAMPO DE OBSERVACIÓN DE 3 O MENOR A 100 MM MAYOR.</p> <p>YA QUE UNA MAYOR PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN FAVORECE LA VISUALIZACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687144	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIOS DE APARATO DIGESTIVO	<p>10.23.901</p> <p>DICE:</p> <p>PRÓTESIS METÁLICA, AUTOEXPANDIBLE, REMOVIBLE, TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICÓN, CON DIÁMETRO EN EL RANGO DE 16 A 25 MM. Y UNA LONGITUD DE 5 A 18 CM., CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN QUE INCLUYE SOBRE TUBO EXTRACTOR DE 100 CM., Y CABLE EXTRACTOR CON DIÁMETRO EXTERNO DE 28 FR.</p> <p>PREGUNTA:</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>PRÓTESIS METÁLICA, AUTOEXPANDIBLE, REMOVIBLE, TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICÓN, CON DIÁMETRO EN EL RANGO DE 16 A 25 MM. Y UNA LONGITUD DENTRO DEL RANGO DE 13 A 18 CM., CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN QUE INCLUYE SOBRE TUBO EXTRACTOR DE 100 CM. CON DIÁMETRO EXTERNO DE 28 FR Y CABLE EXTRACTOR.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687145	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO	<p>10.23.907</p> <p>DICE:</p> <p>BOTÓN DE REPUESTO O RECAMBIO SEGÚN CALIBRE SOLICITADO (14 A 20 FR.). DE DIFERENTES LONGITUDES 0.8 A 3.5 CMS.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>BOTÓN DE REPUESTO O RECAMBIO O MICKEY SEGÚN CALIBRE SOLICITADO (14 A 20 FR.). DE DIFERENTES LONGITUDES ENTRE 0.8 A 3.5 CMS.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687146	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO	<p>10.23.908</p> <p>DICE:</p> <p>PRÓTESIS BILIAR, METÁLICA DE NITINOL TOTALMENTE CUBIERTA, AUTOEXPANDIBLE, DE 10 MM., DE DIÁMETRO Y 4 CM., DE LONGITUD, CON INTRODUCIDOR DE 6 FR., GUÍA 0.035" PULGADAS, DE 200 CM., DE LONGITUD.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>PRÓTESIS BILIAR, METÁLICA DE NITINOL</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				TOTALMENTE CUBIERTA, AUTOEXPANDIBLE, DE 10 MM., DE DIÁMETRO Y 4 CM., DE LONGITUD, CON INTRODUCTOR DE 6 FR O SISTEMA DE IMPLANTACIÓN DE 7 A 9 FR., GUÍA 0.035" PULGADAS, DE 200 CM., DE LONGITUD O MAYOR. YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
687147	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO	10.23.909 DICE: PRÓTESIS ESOFÁGICA DE 18 MM. DE DIÁMETRO Y 8 CM., DE LONGITUD, CON GUÍA. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRÓTESIS ESOFÁGICA DE 18 MM. DE DIÁMETRO Y EN EL RANGO DE 7 A 12 CM. DE LONGITUD, CON GUÍA. YA QUE UN RANGO MÁS AMPLIO EN LAS LONGITUDES DE LAS PRÓTESIS FAVORECE LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA Y DEL PACIENTE, ADEMÁS NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687148	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO	10.23.913 DICE: ASA PARA PÓLIPOS PLANOS CON CRECIMIENTO LATERAL, DIENTE DE TIBURÓN, DE 2.6 MM., DE DIÁMETRO Y 230 CM., DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: ASA PARA PÓLIPOS PLANOS CON CRECIMIENTO LATERAL DIENTE DE TIBURÓN O MEDIA LUNA, DE 24 Ó 27 MM., DE DIÁMETRO Y 230 A 240 CM., DE LONGITUD. YA QUE CREEMOS QUE HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS PARA EL DIÁMETRO DEL ASA DE 2.4 O 2.7 MM, PUES DICHAS MEDIDAS EQUIVALEN A 0.24 O 0.27 CM RESPECTIVAMENTE, AFECTANDO ASÍ LA	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO ESTE BIEN DE CONSUMO AL SER DEMASIADO PEQUEÑAS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687149	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO	<p>10.23.915</p> <p>DICE:</p> <p>CANASTILLA CON RED DE 180 A 240 CM., DE LONGITUD Y DE 3 X 6 CM., DE DIÁMETRO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CANASTILLA CON RED DE 180 A 240 CM. O MAYOR, DE LONGITUD Y DE 3 X 6 CM., DE DIÁMETRO.</p> <p>YA QUE UNA LONGITUD MAYOR DE LA CANASTILLA NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PROUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687150	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO	<p>10.23.917</p> <p>DICE:</p> <p>EXTENSIÓN YEYUNAL PARA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 8.5 FR A 12 FR.; DE SILICONA, BALÓN DE RETENCIÓN, ANILLO DE RETENCIÓN, CONECTOR UNIVERSAL, PUERTO DE DESCOMPRESIÓN GÁSTRICA, MÚLTIPLES PUERTOS DE SALIDA, EXTREMO DISTAL EN PUNTA, CON CONTRAPESO DE TUNGSTENO. KIT QUE INCLUYA MATERIAL PARA SU COLOCACIÓN.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>EXTENSIÓN YEYUNAL PARA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 8.5 FR A 12 FR.; DE SILICONA, BALÓN DE RETENCIÓN, ANILLO DE RETENCIÓN, CONECTOR UNIVERSAL, PUERTO DE DESCOMPRESIÓN GÁSTRICA, MÚLTIPLES PUERTOS DE SALIDA, EXTREMO DISTAL EN PUNTA, CON CONTRAPESO DE TUNGSTENO. KIT QUE INCLUYA MATERIAL PARA SU COLOCACIÓN. O SONDA DE ALIMENTACIÓN YEYUNAL DE MÍNIMO 12 FR. CON PUNTA DISTAL RECORTABLE, PUERTO DE ACCESO, RADIOPACA Y ANILLO DE RETENCIÓN.</p> <p>YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA</p>	SE ACEPTA LA PROUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	
687151	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO	10.23.918 DICE: CATÉTER DE ABLACIÓN CON ARGÓN HIBRIDA CON LONG DE MAS DE 1.9 METROS Y DIÁMETRO DE 2.3 MM O SONDA DE ARGÓN CON LONGITUD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: CATÉTER DE ABLACIÓN CON ARGÓN HIBRIDA CON LONG DE MAS DE 1.9 METROS Y DIÁMETRO DE 2.3 MM O SONDA DE ARGÓN CON FILTRO INTEGRADO CON LONGITUD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687152	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO	10.23.919 DICE: POLVO HEMOSTÁTICO PARA COAPTACIÓN DE SANGRADO NO VARICEAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: POLVO HEMOSTÁTICO PARA COAPTACIÓN DE SANGRADO NO VARICEAL O DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. YA QUE ES ASÍ COMO SE PUEDE REFERENCIAR CON LA MARCA CON LA QUE ESTÁ OFERTANDO MI REPRESENTADA. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
687153	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO	10.23.920 DICE: SONDA DE COAGULACIÓN BIPOLAR PARA LESIONES SANGRANTES NO VARICEAL.	SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN QUE SEA REQUISITO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				<p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SONDA DE COAGULACIÓN BIPOLAR O COAGULACIÓN PLASMA ARGÓN PARA LESIONES SANGRANTES NO VARICEAL.</p> <p>YA QUE LA COAGULACIÓN CON PLASMA ARGÓN ES UNA TÉCNICA QUE FAVORECE TAMBIÉN A DETENER Y PREVENIR LA HEMORRAGIA DE LESIONES SANGRANTES NO VARICEALES. ADEMÁS, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD PARA LO QUE ES REQUERIDO DICHO BIEN Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEDURIA. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
687154	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A ESTA H. CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, YA QUE EL ANEXO QUE SE INTEGRA CORRESPONDE A UN SERVICIO DE PLAGAS Y/O FAUNA NOCIVA, EL CUAL NO CORRESPONDE AL SERVICIO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO CORRESPONDE AL ANEXO NÚMERO 1 "A" (1 "A") DE LA PRESENTES BASES DE LA CONVOCATORIA.
687155	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES INCISO C)	<p>ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN EL CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO O BIEN DE CONSUMO QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAREMOS DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS EN DONDE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO O LISTADO DE INSUMOS PARA SALUD CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE SE SEÑALE QUE EL INSUMO NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO DEBIDAMENTE REFERENCIADO, SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION
687156	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES INCISO D)	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A ESTA H. CONVOCANTE, SE ACEPTE QUE, EN CASO DE QUE UN CERTIFICADO DE LIBRE VENTA O CERTIFICADO DE CALIDAD, NO CUENTE CON FECHA DE FINALIZACIÓN DE VIGENCIA, DEBIDO A QUE EL PAIS DE ORIGEN ASI EMITE EL DOCUMENTO, COMO LO SON LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA EMITIDOS POR ALEMANIA, ITALIA, JAPÓN, FRANCIA, ENTRE OTROS, SE CONSIDERE QUE ESTOS CONTINÚAN VIGENTES AL NO TENER UNA FECHA DE EXPIRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD RESPECTO DE LA CUAL FUERON EMITIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA
687157	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES INCISO D)	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A ESTA H. CONVOCANTE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON EL INCISO D) DEL NUMERAL 2.2. SE ENTREGARA COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				VIGENTES, DONDE SEÑALE ESPECÍFICAMENTE QUE LOS EQUIPOS Y BIENES PUEDEN SER UTILIZADOS, SIN RESTRICCIÓN DE USO EN EL PAÍS DE ORIGEN, EMITIDO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEL PAÍS DE ORIGEN, EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN Y ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LA CARATULA QUE ESPECIFIQUE SU ALCANCE. ¿ES CORRECTO?	
687158	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1. PROPOSICION LEGAL INCISO E)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE UN ESCRITO NO APLIQUE A MI REPRESENTADA, BASTARÁ CON COLOCAR MARCA DE AGUA CON LA LEYENDA "APLICA." ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
687159	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA INCISO XI 6.1 PROPOSICIÓN LEGAL INCISO H	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE EL DÍA DE LA CARGA Y PRESENTACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRANET, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
687160	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA INCISO D)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PERMITE FOLIAR DE MANERA CONSECUTIVA; POR EJEMPLO, LA PROPIUESTA TÉCNICA 1,2, 3 ETC., LA PROPIUESTA ECONÓMICA 1,2,3,ETC, Y LA DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA 1,2,3, ETC.,YA QUE ESTA CIRCUNSTANCIA NO IMPIDE LLEVAR A CABO SU EVALUACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
687161	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.1 NUMERAL 2	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO Y CORRECTA INTEGRACIÓN DE ESTE PUNTO EL ANEXO CORRECTO ES EL ANEXO NÚMERO1 (UNO), ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA LA APRECIACION.
687162	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1. PROPOSICION LEGAL INCISO C)	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A ESA H. CONVOCANTE QUE, PARA CUBRIR CON LO REQUERIDO EN EL INCISO C DEL NUMERAL 6.1 DEL APARTADO 3 DE LA CONVOCATORIA, SE PERMITA PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE MANIFIESTE QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, DE LA LAASSP. SE SOLICITA LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS, POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO ANTERIORMENTE REFERIDO, ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE EL LICITANTE SEA DE NACIONALIDAD MEXICANA, AL TRATARSE DE UN SERVICIO, NO ASÍ, DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"	SE ACEPTA SU PROPUESTA
687163	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 3, 6.1 PROPOSICIÓN LEGAL, INCISO C	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A ESA H. CONVOCANTE QUE, PARA CUBRIR CON LO REQUERIDO EN EL INCISO C DEL NUMERAL 6.1 DEL APARTADO 3 DE LA CONVOCATORIA, SE PERMITA PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE MANIFIESTE QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, DE LA LAASSP. SE SOLICITA LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS, POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO ANTERIORMENTE REFERIDO, ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE EL	SE ACEPTA SU PROPUESTA



REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				LICITANTE SEA DE NACIONALIDAD MEXICANA, AL TRATARSE DE UN SERVICIO, NO ASÍ, DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"	

----ooOoo----

De conformidad con el inciso c) del numeral 4 de las bases y al penúltimo párrafo del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa a los licitantes que las aclaraciones a la Convocatoria, así como las modificaciones derivadas del acta de junta de aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.

Por la importancia que reviste el foliado de las propuestas Técnico-Económicas, se reitera a los Licitantes foliar todas y cada una de las hojas que conformen su propuesta Técnico-Económica.

Se hace la observación que por parte del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejoras de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones se tuvo conocimiento y participación de la presente acta de manera virtual. Así mismo, se informa que no hubo participación por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos.

Para firmar el contrato, el representante legal de la empresa deberá presentar la documentación que se especifica en el punto 7.2 de la Convocatoria y que deberá corresponder a los datos protestados en el **Anexo número 7 (SIETE)**, presentado en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la presente licitación. Así como lo solicitado en el numeral 8.1 de la misma, relacionado con la entrega al Instituto de la "Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva y la constancia de situación fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Amortizaciones.

Sin menoscabo de lo anterior, el licitante que resulte adjudicado **deberá apersonarse a firmar el contrato respectivo en la fecha y hora señalada** para tal efecto dentro del evento de Fallo de este procedimiento de conformidad con el artículo número 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 fracción II y III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se **ACLARA** a los licitantes que la fecha límite de recepción de **REPREGUNTAS** a las respuestas emitidas en la presente junta de aclaraciones, será el día **02 de enero de 2025**, hasta las **14:00** horas.





REANUDACIÓN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III, 33, Y 33 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.


Después de dar lectura a la presente Acta, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de Junta de Aclaraciones a las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-N-11-2025. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 OAXACA PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; siendo las 10:40 horas del mismo día y año, levantando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, con fundamento en el artículo 33 Bis último párrafo y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron, informándoles que podrán consultarla a través del sistema electrónico de compras gubernamentales (<https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>).

RÚBRICAS.
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


L.A.E. Sandra Isela Barzalobre Aragón
Encargada de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento


Lic. Ernesto Antonio Hooper Arvizu
Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios


Darío Francisco López Alderete
Adscrito a la Oficina de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios.


Ing. Juan Alberto Torres Bautista
Jefe de la Oficina Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios.