

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO **ADJDIR-074-2025** CON NUMERO EN COMPRAS MX **AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025** PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

En el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las **14:00 horas del día jueves 21 de Agosto de 2025**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman el presente, para emitir el siguiente **"DICTAMEN DE ASIGNACIÓN"**, lo anterior, con fundamento en los **artículos 34, 35 FRACCIÓN III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.**

La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca en calidad de área contratante, con base a la solicitud recibida para la contratación emitida por el departamento de **Conservación y Servicios Generales** para la contratación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025.** derivado de lo anterior, se requiere la contratación mediante la modalidad de adjudicación directa con fundamento en el artículo **54 fracción V** de acuerdo al oficio de Justificación de Excepción a la Licitación Pública que emite el área requirente, mismo que se encuentra integrado al expediente físico y electrónico del proceso de contratación.

Con fundamento en los **artículos 4 y 134** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 34, 35 fracción III, 36, 39 fracción I, 53, **54 fracción V** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el área requirente solicita la contratación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025.** y con base a lo que establece el contenido del oficio de justificación de excepción a licitación pública; se procedió a verificar las **documentales recibidas**, así como a la evaluación de las cotizaciones recibidas mediante la difusión de la **solicitud de cotización INVMER-171-2025** asegurando a cabalidad las mejores condiciones para el Estado y para el Instituto, como resultado se emite el siguiente resultado:

DICTAMEN DE ASIGNACIÓN

De acuerdo con la normatividad y la evaluación técnica, legal y económica integradas al expediente, la cotización y documentales recibidas son acordes con las especificaciones técnicas propias del procedimiento y anexos requeridos, así como se garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas en apego al marco de legalidad del procedimiento de contratación de adjudicación directa, acorde a la transparencia, economía, imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia en este proceso de Adjudicación Directa de carácter Nacional, se dictamina procedente la asignación al ser solvente la propuesta recibida para la partida solicitada, siendo el participante que se menciona a continuación a quien se le adjudicará el **CONTRATO**:

1.-MATILDE DEL SOCORRO MENA ACOSTA.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PARTIDA No. 1 ELECTRÓNICA						
1	EM01-005	EQUIPOS DE MONITOREO CARDIACO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DE EQUIPOS DE DIFERENTES MCAS. Y MODELOS QUE REGISTRAN ALGUNOS O TODOS LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: ECG, PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, SATURACIÓN DE OXIGENO, TEMPERATURA, RESPIRACIÓN Y BIÓXIDO DE CARBONO DEL PACIENTE. INCLUYE REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA., REVISIÓN DE MÓDULO DE ECG, PANI, SPO2, TEMPERATURA, PANEL DE COTROL, AJUSTE DE ECG, PANI, AJUSTE DE				



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO **ADJDIR-074-2025** CON NUMERO EN COMPRAS MX **AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025** PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		<p>PARÁMETROS Y CALIBRACIÓN CON SIMULADOR DIGITAL DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN COMO SON TERMÓMETROS, BAUMANÓMETROS, SENSORES, TRANSDUCTORES, AJUSTE DEL MONITOR DE LCD, CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL, REALIZAR ANALISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TANTO DEL EQUIPO COMO DEL CABLE DE PACIENTE EN CADA UNA DE SUS DERIVACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INSPECCIONAR LOS ELECTRODOS DE LAS DERIVACIONES DE ECG (I, II, III, AVL, AVR, AVF Y V), SPO2, PRESIONES INVASIVAS, PRESIONES NO INVASIVAS (NIBP), SENSOR DE TEMPERATURA, GANANCIAS SELECCIONABLES, PROTECTOR DE DESFIBRILACIÓN (EN EL CASO DE CONTAR CON ESTA PROPIEDAD, CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE SPO2 CON SIMULADOR DIGITAL Y ANOTAR % DE SEGURIDAD Y NCT (NIVEL DE CONTROL DE TRANSMISIÓN), INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, MATERIALES Y REFACCIONES ORIGINALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA. TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD</p>				
1	EM01-005-005	<p>H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR MARCA MEDICA D MODELO LOGIC CARE SERIES 2000, SERIE 2014LC15234. INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG, UN CABLE TRONCAL Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE), BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIATRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).</p>	SERV.	1	39,300.00	39,300.00
1	EM01-005-010	<p>H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR MARCA MEDICA D MODELO LOGIC CARE SERIES 2000, SERIE 2021LGC 2518. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PANI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CABLE TRONCAL (UNO ADULTO, UNO PEDIATRICO Y UNO NEONATO), CABLE DE PACIENTE PARA ECG, (UNO TRES PUNTAS Y UNO CINCO PUNTAS) CABLE TRONCAL Y 3 SENSORES TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, (UNO ADULTO, UN PEDIATRICO Y UNO NEONATO MULTISITIO) SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE), 3 BRAZALETES REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, (UNO ADULTO, UNO PEDIATRICO Y UNO NEONATO NUMERO 2), UNA MANGUERA CON LOS CONECTORES PARA EL BRAZALETE Y EL MONITOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).</p>	SERV	1	39,300.00	39,300.00
1	EM01-005-015	<p>H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR MARCA MEDICA D MODELO VITACARE, SERIE 678000852. INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG, UN CABLE TRONCAL Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE), BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIATRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).</p>	SERV	1	39,300.00	39,300.00
1	EM01-005-020	<p>H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MED EXCEL MODELO VF6 SERIE 926099296. INCLUYE , EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PANI Y CO2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CABLE TRONCAL (UNO ADULTO, UNO PEDIATRICO Y UNO NEONATO), CABLE DE PACIENTE PARA ECG, (UNO TRES PUNTAS Y UNO CINCO PUNTAS) CABLE TRONCAL</p>	SERV.	1	39,300.00	39,300.00



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO **ADJDIR-074-2025** CON NUMERO EN COMPRAS MX **AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025** PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		Y 3 SENSORES TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, (UNO ADULTO, UN PEDIÁTRICO Y UNO NEONATO MULTISITIO) SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE), 3 BRAZALETES REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, (UNO ADULTO, UNO PEDIÁTRICO Y UNO NEONATO NUMERO 2), UNA MANGUERA CON LOS CONECTORES PARA EL BRAZALETE Y EL MONITOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO)				
1	EM01-005-025	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR MARCA NIHON KOHDEN MODELO BSM-2301K, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG, UN CABLE TRONCAL Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE), BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA EL BRAZALETE Y MONITOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO)	SERV	1	39,300.00	39,300.00
1	EM01-005-030	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. HGZ No. 1 OAXACA, OAX. MONITOR MARCA MEDICA D MODELO: LOGICARE SERIES 2000 CON NUMERO DE SERIE: 2021LGC2480, 2021LGC2771, 2021LGC2695, 2021LGC2434, 2021LGC2872, 2021LGC2787, 2021LGC2627, 2021LGC2607, 2021LGC2588, 2021LGC2652 Y 2021LGC2483., INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PANI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRONCAL (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO), CABLE DE PACIENTE PARA ECG, (TRES PUNTAS Y CINCO PUNTAS) CABLE TRONCAL Y 3 SENSORES TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA, (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO MULTISITIO), SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA,(DE PIEL O SUPERFICIE), BRAZALETES REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO NUMERO 2), UNA MANGUERA CON LOS CONECTORES PARA EL BRAZALETE Y EL MONITOR (11 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV	11	19,500.00	214,500.00
1	EM01-010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE DESMONTAJE, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LOS CABLES DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN, LOS ELECTRODOS DESECHABLES DE DESFIBRILACIÓN (SI ES APLICABLE), Y LOS ELECTRODOS DE CADA DERIVACIÓN DE ECG, UTILIZANDO UN SIMULADOR DE ECG, CALIBRAR EL TRAZO EN AMPLITUD, ONDA Y FRECUENCIA. CONECTAR EL EQUIPO A UN SIMULADOR DE ECG Y VERIFICAR QUE PRESENTE UN TRAZO ACORDE A LA CALIBRACIÓN CON CADA DERIVACIÓN. MOVER EL CABLE EN LA PARTE FINAL Y EN LA PARTE INICIAL Y VERIFICAR QUE NO HAYA SEÑALES DE ARTEFACTOS, NI FALLOS INTERMITENTES. VERIFICAR QUE EL EQUIPO ESTA ENTREGANDO LA ENERGÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DEL DISPARO, REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, PRUEBAS DE TIERRA FÍSICA, MEDICIÓN DE IMPEDANCIAS Y PRUEBAS DE CORRIENTE DE FUGA. LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS CON DIELÉCTRICO, AJUSTE DE TERMINALES, MANGUERAS INTERIORES, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONECTORES MÚLTIPLES DE TARJETAS, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DEL MONITOR/				



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO **ADJDIR-074-2025** CON NUMERO EN COMPRAS MX **AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025** PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		REGISTRADOR, DESFIBRILADOR Y DE LA FUNCIÓN SINCRONIZADORA, PARA LO CUAL SE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE UN SIMULADOR DE ECG COMPATIBLE CON EL EQUIPO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO HASTA LA UNIDAD.				
1	EM01-010-005	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX., CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. (PARA COVID-19). DESCRIPCION: CARRO, MARCA: ADVANCED/NIHON KOHDEN, MODELO: SG-565V CON NUMERO DE SERIE: 02503. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV	1	42,000.00	42,000.00
1	EM01-010-005	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX., CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. (PARA COVID-19). DESCRIPCION: CARRO, MARCA: ADVANCED/NIHON KOHDEN, MODELO: SG-565V CON NUMERO DE SERIE: 02660. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV	1	42,000.00	42,000.00
SUBTOTAL						495,000.00
IVA						79,200.00
TOTAL						574,200.00
PARTIDA No. 1						0

PARTIDA No. 2 AUTOCLAVE						
2	EM02-005	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO, (VAPOR SUMINISTRADO A TRAVÉS DE CALDERA) Y/O VAPOR AUTOGENERADO, CON SISTEMA DE CONTROL DE CICLOMÁTICO, MANUAL Y AUTOMÁTICO, VÁLVULA MÚLTIPLE, CONSISTENTE EN REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL CICLOMÁTICO, SISTEMA DE ELECTROVÁLVULAS, CON OPERACIONES MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO, REGISTRO DE TEMPERATURA, IMPRESORA, LECTURA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR, BOTONERA DIGITAL, PANTALLA DISPLAY DIGITAL, LEDS INDICADORES DE ESTADO DE OPERACIÓN, PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS DE ESTERILIZACIÓN, SECADO, VACÍO, PARA ROPA, INSTRUMENTAL Y LÍQUIDOS, ALARMA AUDIBLES Y VISUALES DE OPERACIÓN, PANEL DE CONTROL DESMONTABLE FABRICADO DE MATERIAL LAVABLE, SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, REVISIÓN DE CONEXIONES Y CABLEADO EN GENERAL, VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN, CONEXIONES Y ALAMBRAO ELÉCTRICO DESDE EL CONTROL HASTA EL SISTEMA DE FUERZA. NCLUYE: DESMONTAJE, INSTALACION, AJUSTE Y CALIBRACION DE OPERACION, PROGRAMACION, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y INSTALACION DE REFACCIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.</p> <p>SERVICIO REQUERIDO: PREPARACIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <p>1.1 COMENTAR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO CON EL PERSONAL USUARIO</p> <p>1.2 INSPECCIONAR LOS REGISTROS Y/O GRAFICAS DEL EQUIPO PARA VER SEÑALES DE FALLA O PROBLEMA.</p> <p>1.3 CORRER UN CICLO DE PRUEBA PARA ANALIZAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>1.4 INSTALAR EL EQUIPO DE PRUEBA</p> <p>1.5 CORTAR TODOS LOS SUMINISTROS DEL HOSPITAL Y</p>				



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-074-2025 CON NUMERO EN COMPRAS MX AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA No. 2 AUTOCLAVE					
		<p>DRENAR TODAS LAS LÍNEAS HIDRÁULICAS</p> <p>2.0 ENSAMBLE DE PUERTA</p> <p>2.1 INSPECCIONAR QUE LA PUERTA TENGA UNA FÁCIL OPERACIÓN</p> <p>2.2 INSPECCIONAR EL ESTADO DEL EMPAQUE</p> <p>2.3 INSPECCIONAR ALINEACIÓN DE LA PUERTA</p> <p>2.4 LUBRICAR BISAGRA Y PERNOS DE BISAGRA</p> <p>2.5 INSPECCIONAR FALTANTE DE TORNILLOS Y SU APRIETE</p> <p>2.6 INSPECCIONAR EL SEGURO DE PUERTA Y LA RONDANA AXIAL</p> <p>2.7 AJUSTAR LOS BRAZOS CON EL ARILLO</p> <p>2.8 INSPECCIONAR EL DIAFRAGMA DE SEGURO DE PUERTA</p> <p>2.9 ENGRASAR BALEROS, PERNOS Y MECANISMO DE PUERTA</p> <p>2.10 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>3.0 CADA VÁLVULA MANUAL</p> <p>3.1 INSPECCIONAR QUE LAS VÁLVULAS TENGAN UNA FÁCIL OPERACIÓN Y SELLO APROPIADO</p> <p>3.2 INSPECCIONAR FUGAS EN VÁLVULAS POR EL VOLANTE Y UNIONES</p> <p>3.3 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR LA OPERACIÓN DE LAS VÁLVULAS</p> <p>3.4 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>4.0 CADA FILTRO CANASTA PARA AGUA, VAPOR Y CONDENSADOS</p> <p>4.1 INSPECCIONAR QUE ESTÉN LIBRES DE BASURAS O MATERIAL EXTRAÑO</p> <p>4.2 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA.</p> <p>5.0 CADA TRAMPA DE VAPOR</p> <p>5.1 INSPECCIONAR QUE ESTÉN LIBRES DE BASURA O MATERIAL EXTRAÑO</p> <p>5.2 INSPECCIONAR QUE EL SELLO ESTE EN BUENAS CONDICIONES</p> <p>5.3 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>5.4 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>6.0 CADA MANÓMETRO O MANOVACUOMETRO</p> <p>6.1 INSPECCIONAR CADA MANÓMETRO, QUE NO ESTE DESCALIBRADO O ROTO</p> <p>6.2 INSPECCIONAR FUGAS EN UNIONES Y BLOCKS</p> <p>6.3 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>6.4 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>7.0 CADA VÁLVULA CHECK</p> <p>7.1 HACER UNA REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SELLO DE CADA VÁLVULA</p> <p>7.2 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>7.3 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>8.0 CADA VÁLVULA SOLENOIDE</p> <p>8.1 HACER UNA REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SELLO</p> <p>8.2 INSPECCIONAR LA BOBINA Y CABLEADO</p> <p>8.3 RECONSTRUIR O CAMBIAR ROMPEDOR DE VACÍO</p> <p>8.4 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>8.5 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA</p>			



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-074-2025 CON NUMERO EN COMPRAS MX AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA No. 2 AUTOCLAVE					
		<p>O ROTA</p> <p>9.0 FILTRO DE AIRE</p> <p>9.1 INSPECCIONAR FILTRO DE AIRE. (ELEMENTO O CARTUCHO)</p> <p>9.2 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>9.3 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>10.0 FILTRO Y REGULADOR DE AIRE COMPRIMIDO</p> <p>10.1 INSPECCIONAR FILTRO DE AIRE. (ELEMENTO O CARTUCHO)</p> <p>10.2 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>11.0 COLADOR DE CÁMARA</p> <p>11.1 INSPECCIONAR COLADOR LIBRE DE PELUSA</p> <p>11.2 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>11.3 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>12.0 VÁLVULA DE SEGURIDAD</p> <p>12.1 INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO HERMÉTICO DE LA VÁLVULA</p> <p>12.2 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>12.3 REEMPLAZARLA SI TIENE FUGA POR EL SELLO O POR ABRIRSE ANTES O DESPUÉS DE SU RANGO DE SEGURIDAD</p> <p>12.4 CALIBRAR TEMPERATURA Y PRESIÓN</p> <p>13.0 CONTROL DIGITAL</p> <p>13.1 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA A/R</p> <p>13.2 VERIFICAR CABLEADO Y FALSOS CONTACTOS DEL CONTROL DIGITAL</p> <p>13.3 REEMPLAZAR PAPEL TÉRMICO (SÍ ES NECESARIO) A/R</p> <p>13.4 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>13.5 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>14.0 BOMBA DE VACÍO (SI APLICA)</p> <p>14.1 VERIFICAR SU RENDIMIENTO (NIVEL DE VACÍO)</p> <p>14.2 LIMPIAR Y DESINCRUSTAR LA CARCASA Y IMPELETA</p> <p>14.3 CHECAR EL SENTIDO DEL GIRO</p> <p>14.4 CHECAR Y CALIBRAR LA VÁLVULA DE AGUJA</p> <p>14.5 CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO</p> <p>14.6 REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA</p> <p>BOMBA DE AGUA VERIFICAR SU RENDIMIENTO (NIVEL DE PRESIÓN), LIMPIAR Y DESINCRUSTAR LA CARCASA Y IMPELETA. CHECAR EL SENTIDO DEL GIRO. CHECAR Y CALIBRAR LA VÁLVULA DE GLOBO O COMPUERTA, CORRER UN CICLO MANUAL PARA PROBAR SU FUNCIONAMIENTO. REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DAÑADA, GASTADA O ROTA. PRUEBA FINAL: LIMPIAR MANCHAS DE SUCIEDAD Y EL POLVO DE TODOS LOS COMPONENTES, INSPECCIONAR CABLEADO GENERAL, TERMINALES, CONEXIONES CON POSIBLES FALSOS CONTACTOS, TRABAJAR LA MAQUINA EN CADA CICLO Y VERIFICAR LA OPERACIÓN APROPIADA, CHECAR TODOS LOS PARÁMETROS Y REPORTES, REMOVER TODO EL EQUIPO DE PRUEBA, INSTALADO, PARA INSPECCIÓN, INSTALAR LOS PANEL O CUBIERTAS REMOVIDAS DURANTE LA INSPECCIÓN, SE DEBERÁN UTILIZAR</p>			



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO **ADJDIR-074-2025** CON NUMERO EN COMPRAS MX **AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025** PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA No. 2 AUTOCLAVE						
		PARTES DE REEMPLAZO ORIGINALES Y REFERIRSE A LA LISTA DE PARTES DEL MANUAL DEL EQUIPO Y EL SERVICIO DEBERÁ SER EFECTUADO SOLAMENTE POR TÉCNICOS CALIFICADOS EN ESTERILIZADORES.				
2	EM02-005-005	<p>HGSZ C7MF No. 41 HUATULCO, OAX. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPO AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO MARCA: FEHLMEX, MODELO: AZTECA 2038EE Y NUMERO DE SERIE: MB1132</p> <p>CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:</p> <p>REFACCIONES SUMISTRADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA 1/2" 120V • 4 VÁLVULAS PARA VAPOR 180° 1/2" 120V • 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD 1/2" • 1 CONTACTOR A 220V BOBINA 120V • 1 EMPAQUES PARA LAS 2 PUERTAS • 1 DIAFRAGMA • 2 TRAMPAS DE VAPOR 3/4 <p>DESCRIPCION DEL SERVICIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DESARMADO DEL EQUIPO • REVISION Y REPARACION DE TARJETA DE CONTROL • LIMPIEZA GENERAL DEL TODO EL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO Y MECANICO • INSTALACION Y/O MONTAJE VALVULAS CHECK • INSTALACION Y MONTAJE DE EMPAQUE DE ALTA TEMPERATURA • INSTALACION Y MONTAJE DE EMPAQUE PARA GENERADOR DE VAPOR • INSTALACION Y MONTAJE DE VALVULAS CHECK • REVISION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS • REVISION Y LIMPIEZA DE VALVULAS • REVISION Y LIMPIEZA DE SENSORES • LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS • REVISION Y LIMPIEZA DE BOMBA DE AGUA • REVISION Y CAMBIO DE TERMINALES <p>(1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).</p>	SERV.	1	150,000.00	150,000.00
					SUBTOTAL	150,000.00
					IVA	24,000.00
					TOTAL PARTIDA No. 2	174,000.00

PARTIDA No. 3 VENTILACIÓN					
3	EM03-005	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- DESMONTAJE Y REVISIÓN GENERAL 2.- LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA 3.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS 4.- CORRECCIÓN DE FUGAS EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES: 5.- FILTRO BACTERIOLÓGICO 6.- FILTRO HIDROFOBICO 7.- FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE (SECHRIST MOD. IV-100B) 			



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-074-2025 CON NUMERO EN COMPRAS MX AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA No. 3 VENTILACIÓN						
		8.- FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE OXIGENO (SECHRIST MOD. IV-100B) 9.- KIT DE SERVICIO 10.- DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN 11.- MUFFLER 12.- CAMBIO DE O'RINGS 13.- VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO				
3	EM03-005-005	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL, MARCA: GE, MODELO: ENGSTROM CS, CON NUMERO DE SERIE: CBCLO1162. INCLUYE EL SUMINISTRO DE DIAFRAGMA REUTILIZABLE PARA VALVULA DE EXHALACION , DE ILICON CON DIMENSIONES DE 35 MM Y DOS SENSORES DE FLUJO ADULTO POR EQUIPO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV	1	\$45,000.00	\$45,000.00
SUBTOTAL						\$45,000.00
IVA						7,200.00
TOTAL PARTIDA No. 3						\$52,200.00

PARTIDA No. 4 ÓPTICA						
4	EM04-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO CAMPIMETRO COMPUTARIZADO, CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CONSISTENTE EN DESARMADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS PIEZAS UTILIZANDO AIRE SECO COMPRIMIDO. AJUSTE GENERAL DE PARAMETROS DE INTENSIDAD LUMINICA DE LA ESFERA DE 31.5 PARA DISTANCIA DE 30 CM DE DIAMETRO DE DISTANCIA, PARA DETERMINACION CORRECTA DE CAMPO VISUAL Y DETERMACION DE ESCOTOMAS, LIMPIEZA DEL COMPUTADORA MARCA HP TOUCH SMART SERIE TM2-2000 NOTEBOOK PC., LIMPIZA DE TEJADO ALFANUMERICO, LIMPIEZA, AJUSTE DE DE MENTONERA Y CABEZAL DE APOYO, LIMPIEZAY LUBRICACION DE CREMALLERA DE MESA DE ELEVACION AUTATICA, VERIFICACION DE NIVELES PARA ACCESO DE PACIENTES CON SILLA DE RUEDA INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
4	EM04-005-005	H.G.S.Z C/MF No. 41 HUATULCO, OAX., CAMPIMETRO COMPUTARIZADO, MARCA OPTOPOL MODELO PTS 1000, SERIE 146/J. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV.	1	\$22,000.00	\$22,000.00

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-074-2025 CON NUMERO EN COMPRAS MX AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA No. 4 ÓPTICA

4	EM04-010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO PROYECTOR DE OPTOTIPOS DE MESA, CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CONSISTENTE EN DESARMADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS PIEZAS UTILIZANDO AIRE SECO A PRESION. AJUSTE GENERAL LUBRICANTES TIPO ESTERINA. MICROLIMPIEZA A LIMPIEZA DEL COMPUTADORA MARCA HP TOUCH SMART SERIE tm2-2000 Notebook PC., LIMPIEZA Y AJUSTE DE MENTONERA Y CABEZAL DE APOYO, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CREMALLERA DE MESA DE ELEVACION VERIFICACION DE NIVELES PARA ACCESO DE PACIENTES CON SILLA DE RUEDA INCLUYE : ELBORAR RELACION POR VISITA PARA CONTROL ADMINISTRATIVO USANDO PAPELERÍA DE LA EMPRESA ANOTANDO, ENTRE OTRAS COSAS: LA DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTAL, IDENTIFICACIÓN DE FALLA, CONCEPTO ETC., OTORGÁNDOSE UNA GARANTÍA DE 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE EFECTÚA LA DEVOLUCIÓN A LA UNIDAD PARA LO QUE PREVIAMENTE SE EFECTUARÁN PRUEBAS DE CORTE, DE FUNCIONAMIENTO Y ACABADOS A SATISFACCIÓN DEL I.M.S.S.MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
4	EM04-010-005	H.G.S.Z. C/MF No. 41 HUATULCO, OAX., PROYECTOR DE OPTOTIPOS DE MESA, MARCA GILRAS MODELO GCP 7000, SERIE 7PCOE2802 DEBE INCLUIR EN CADA SERVICIO CAMBIO DE FOCO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV.	1	10,000.00	10,000.00
4	EM04-015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO UNIDAD OFTALMOLOGICA, CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A UNIDAD OFTALMOLOGICA CONSISTENTE EN DESARMADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS PIEZAS UTILIZANDO AIRE SECO A PRESION, AJUSTE DE MECANISMOS DEL BRAZO DE LA LAMPARA DE HENDIDURA, AJUSTE DE INTENSIDAD DE ILUMINACION DE LAMPARA DE HENDIDURA, AJUSTE DEL BRAZO CONTRABALANCEADO DE FOROPTERO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LENTES DEL FOROPTERO CON CARACTERISTICAS DE CILINDROS DE 0 A 6 DIOPTRIAS CON PASOS DE 0.25 GIRABLES , LIMPIZA, AJUSTE DE MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CON SELECTOR DE AUMENTOS , LIMPIZA, AJUSTE DE FILTROS AZUL-COBALTO, VERDE (LIBRE DE ROJO) , CAMBIO DE LAMPARA DE HALOGENO, LIMPIZA, AJUSTE DE FUENTE DE ILUMINACION DEL MICROSCOPIO, LUBRICACION DE BARBIQUEJO , LIMPIZA DE TONOMETRO DE APLANACION VERIFICACION DE ESCALAS DE 0 A 60 MMHG, LIMPIZA, AJUSTE DE PRISMA DE CONTACTO CORNEAL, AJUSTE DEL PROYECTOR DE OPTOTIPOS PARA REFRECCION DE OBJETIVOS DE 2M A 6 M, AJUSTE DE ANGULO DE PROYECCION PARA OPTOTIPOS DE ANILLOS O LETRAS, PRUEBA DE HAS PRUEBAS DE COINCIDENCIA, PRUEBAS DE DALTON, PRUEBAS VERDO-ROJO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MECANISMOS DE ELEVACION Y GIRO DEL SILLON RECLINABLE, LIMPIZA Y AJUSTE A PEDAL ; MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.				
4	EM04-015-005	H.G.S.Z. C/MF No. 41 HUATULCO, OAX. UNIDAD OFTALMOLOGICA MARCA WOODLYN MODELO MILLENNIUM, SERIE 2001072310 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV.	1	20,000.00	20,000.00



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-074-2025 CON NUMERO EN COMPRAS MX AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA No. 4 ÓPTICA						
4	EM04-020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO, CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A MICROSCOPIO QUIRURGICO CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL; AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO XY MOTORIZADO VERIFICACION Y AJUSTE DE PUESTA A CERO Y SISTEMA DE PRECENTRADO AUTOMATICO, LIMPIEZA CALIBRACION, AJUSTE DEL SISTEMA DE ZOOM 1:5; LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA MOTORIZADO DE ENFOQUE FINO, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA BINOCULAR INCLINADO DE COOBSERVACION BINOCULAR SIMULTANEA, LIMPIEZA, AJUSTE DE OCULARES 10X, LIMPIEZA Y AJUSTE DE OBJETIVOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE FILTROS PARA PROTECCION DE RETINA DE PACIENTES, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL PEDAL DE FUNCIONES, SUSTITUCION DE FUNTE DE ILUMINACION TIPO LED, QUE GARANTICE 60 MIL HORAS DE VIDA UTIL, LIMPIEZA Y AJUSTE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION COAXIAL E INCLINADA DE CONTRASTE, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE TRASLACION Y FRENADO DEL EQUIPO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EL SERVICIO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES.				
4	EM04-020-005	H.G.S.Z. C7MF No. 41 HUATULCO, OAX. MICROSCOPIO QUIRUGICO MARCA LAICA , MODELO M220 F12. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV.	1	20,000.00	20,000.00
4	EM04-025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO REFRACTOMETRO Y QUERATOMETRO, CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRACTOMETRO Y QUERATOMETRO AUTOMATICO CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL CON AIRE COMPRIMIDO SECO DE PANEL DE CONTROL, VERIFICACION Y AJUSTE DEL ALINEAMIENTO AUTOMATICO DE 90 A 180 GRADOS; LIMPIEZA, AJUSTE DE ESFERAS DE -30D A 22D EN PASOS DE 0.12D Y 0.25D, EL PIEZA Y VERIFICACION DE CILINDROS PARA QUE DEN RANGOS DE OD +- 10D CON PASOS DE 0.12D A 0.25D, VERIFICACION Y AJUSTE DE EJES DE 0 A 180 GRADOS EN PASOS DE 1 GRADO, VERIFICACION Y AJUSTE DE RANGO DE QUERATOMIA DE DE 33.75D A 61.25D EN PASOS DE 0.05D, LUBRICACION Y AJUSTE DE MECANISMO DE LA MESA DE ALTURA AUTOMATICA. EL SERVICIO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES.				
4	EM04-025-005	H.G.S.Z. C7MF No. 41 HUATULCO, OAX., UNIDAD REFRACTOMETRO Y QUERATOMETRO AUTOMATICO MARCA CANON MODELO RF-F1, SERIE 112707 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV.	1	10,000.00	10,000.00
					SUBTOTAL	\$82,000.00
					IVA	13,120.00
					TOTAL PARTIDA No. 4	\$95,120.00

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-074-2025 CON NUMERO EN COMPRAS MX AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA No. 5 LAMPARAS DE CIRUGIA						
5	EM05-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO A LAMPARAS DE CIRUGIA, CON TODOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPO LAMPARAS DE CIRUGIA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO DEL ESQUIPO, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, REVISIÓN DE SENSORES, DETECTORES, LEOS, COMPONENTES ELECTRONICOS, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS, REVISIÓN Y EN SU CASO AJUSTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, REVISIÓN EXTERNA DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO, PRUEBAS PRELIMINARES CUALITATIVAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SUBSISTEMAS Y ACCESORIOS, DESENSAMBLE Y REVISIÓN OCULAR INTERNA, REEMPLAZO DE PARTES Y ACCESORIOS DONDE SE OBSERVE DETERIORO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, AJUSTE DEL BRAZO DE POSICIONAMIENTO, AJUSTE DEL SISTEMA MECÁNICO DE ENFOQUE Y CONCENTRACIÓN DE LUZ, VERIFICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EMITIDA POR LA LÁMPARA, VERIFICACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICAMENTE, REVISIÓN DEL SISTEMA AMBILIGHT (SI LO REQUIERE), PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL EXTERNA DEL EQUIPO, CABLES Y ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINALES: CANTITATIVAS Y CUALITATIVAS, DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA ANTE EL MÉDICO Y/O TÉCNICO USUARIO, ENTREGA DE REPORTES DE SERVICIO. EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. INCLUYE UPS.				
5	EM05-005	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA DE LED. L, MARCA: DEWIMED, MODELO: DEWILUX 136 LED CON NUMERO DE SERIE: 2951-001130521. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA FOCOS, TRANSFORMADOR, FOCOS DE ALÓGENO O LED PRINCIPAL Y DE RESERVA, MÓDULO DE CONTROL DE INTENSIDAD, FUSIBLES, SOPORTE DE EMPUÑADURA UNIVERSALSUSTITUCIÓN DE CONTROL DE LUMINARIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV.	1	\$28,000.00	\$28,000.00
5	EM05-010	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. LAMPARA QUIRURGICA DOBLE. EQUIPO FIJO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRURGICO DURANTE LA EXPLORACION O MANIOBRAS QUIRURGICAS. EQUIPO NO INVASIVO, UTILIZADO EN EL QUIROFANO DE UNIDADES DE 2O. Y 3ER. NIVELES DE OPERACION. MARCA: DEWIMED, MODELO: DEWILUX DL160 LED CON NUMERO DE SERIE: 3521-004-261121-478/, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA FOCOS, TRANSFORMADOR, FOCOS DE LED PRINCIPAL Y DE RESERVA, MÓDULO DE CONTROL DE INTENSIDAD, FUSIBLES, SOPORTE DE EMPUÑADURA UNIVERSAL. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO).	SERV.	1	39,000.00	39,000.00
SUBTOTAL						\$67,000.00
IVA						10,720.00
TOTAL PARTIDA No. 5						\$77,720.00

SUBTOTAL	\$839,000.00
IVA	134,240.00
TOTAL PARTIDAS	\$973,240.00



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-074-2025 CON NUMERO EN COMPRAS MX AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Importe del contrato es de: **\$839,000.00** (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA.

En términos del art. 84 del Reglamento de la LAASSP se señala lo siguiente:

Número de contrato: **050GYR013N14225-001-00**

Objeto del contrato: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025.**

Monto contrato: **\$ \$839,000.00** (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA.

La fecha de firma del contrato es el: **11 de septiembre de 2025.**

Fianza: **\$83,900.00** (OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

Vigencia del Contrato: del **11 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.**

Se informa al participante que la prestación de los servicios estará sujeta a lo que establece el **artículo 49 de la LAASSP** en correlación con el **artículo 84 de su Reglamento**, que a la letra dice:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (DOF 16-04-2025).

“Artículo 49. Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.”

...

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“Artículo 84. La entrega de los bienes o el inicio de la prestación del servicio, podrá darse el día natural siguiente al de la notificación del fallo o, en su caso, de la adjudicación del contrato, si la convocante así lo estableció en la convocatoria a la licitación pública o la invitación a cuando menos tres personas, según corresponda, y lo solicita al proveedor mediante la requisición correspondiente. En su defecto, el plazo para la entrega de los bienes o inicio de la prestación del servicio será el que se establezca en el contrato”.

...

Con fundamento al **artículo 66 y 69 fracción II** para efectos de formalizar el Contrato dentro del plazo establecido por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el licitante que resulte adjudicado deberá entregar al día hábil siguiente contado a partir de la fecha de notificación de este dictamen de asignación, la siguiente documentación:

PERSONAS COLECTIVAS O MORALES

- a. COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS REFORMAS EN CASO DE EXISTIR, AMBOS CASOS, CON DATOS DE LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.
- b. COPIA DEL PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O EN SU CASO PODER CON CLÁUSULA ESPECIAL PARA FIRMAR CONTRATOS, SUSCRITO A FAVOR DEL REPRESENTANTE LEGAL CON DATOS DE LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
- c. COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE LA PERSONA QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO.

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO **ADJDIR-074-2025** CON NUMERO EN COMPRAS MX **AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025** PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

- c. COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE LA PERSONA QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO.
- d. COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE QUE CORRESPONDA.
- e. EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR RESULTE ADJUDICADO CON UN MONTO SUPERIOR A \$300,000.00 SIN INCLUIR EL IVA, DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA), EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
- f. PÓLIZA DE FIANZA AMPARANDO EXACTAMENTE EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A), EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN TÉRMINOS DE LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y BAJO EL FORMATO ESTABLECIDO DENTRO DEL CONTRATO, MISMA QUE DEBERÁ OTORGARSE DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- g. PRESENTAR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, VIGENTE Y POSITIVA.

Para la asignación de la partida que resultó solvente se hace constar:

- Se constató que los precios ofertados se encuentran en los márgenes previstos como precios aceptables de acuerdo al resultado obtenido en la investigación de mercado realizada.
- Que a esta fecha el precio asignado corresponde al participante con la oferta de precios más conveniente, bajo las condiciones establecidas y requeridas por esta convocante.
- Que se verificó que los participantes no se encuentren sancionados, inhabilitados o en su caso impedidos para formalizar contratos.

Durante la vigencia del contrato el participante asignado queda obligado a entregar al Instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

El participante deberá firmar el contrato en la fecha establecida a través del **MODULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURIDICOS** <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/> en la plataforma integral de Compras MX.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo número 57 fracción III de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público** y el ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de Compras MX la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 18 de septiembre de 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente resultado del procedimiento de **ADJDIR-074-2025 CON NUMERO EN COMPRAS MX AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025 PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025**, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron, informándoles que podrán consultarla a través Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal **Compras MX (buengobierno.gob.mx)**.





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA OAXACA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO **ADJDIR-074-2025** CON NUMERO EN COMPRAS MX **AA-50-GYR-050GYR013-N-142-2025** PARA LA CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.G.Z. N° 1, H.G.Z. N° 3 (PARTIDAS DESIERTAS) Y H.G.S.Z. N° 41, RÉGIMEN IMSS - ORDINARIO, EJERCICIO 2025., QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, 39 FRACCIÓN I, 53 Y 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

RÚBRICAS

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón
Encargada de la Coordinación de Abastecimiento Y
Equipamiento

Ing. Juan Alberto Torres Bautista
Jefe de la Oficina De Adquisición de Bienes Y
Contratación de Servicios

Lic.. Ernesto Antonio Hooper Arvizu
Jefe del Depto. de Adquisición de Bienes Y Contratación
De Servicios

Lic. María De La Luz Macías De La Huerta
Supervisor de Proyectos E2



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**