



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025, PARA SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025.

EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS **15:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2025**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN CIRCUITO DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025, PARA SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025**, DE CONFORMIDAD CON LOS **ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN ADELANTE "LA LEY" Y 47 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.4. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.**

EL ACTO ES PRESIDIDO POR LA **MTRA. MARISOL MIER CASTILLO**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO **259001710100/70/0975**. ---

DESARROLLO: ---

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE ENTENDERÁ POR **ÁREA CONTRATANTE** A LA FACULTADA EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A EFECTO DE ADQUIRIR O ARRENDAR BIENES O CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REQUIERA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE; **ÁREA REQUIRENTE** A LA QUE EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, SOLICITE O REQUIERA FORMALMENTE LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O BIEN AQUÉLLA QUE LOS UTILIZARÁ; **ÁREA TÉCNICA** A LA QUE EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD ELABORA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALÚA LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES; **EL ÁREA TÉCNICA, PODRÁ TENER TAMBIÉN EL CARÁCTER DE ÁREA REQUIRENTE.** -----

EL PRESIDENTE DEL ACTO, ES ASISTIDO POR REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, LA **LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL **LA. J. BULMARO SEGURA FLORES**, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EL **C.P. ARTURO JONATAN ROSTRO LICEA** SUPERVISOR DE PROYECTOS E2, QUIENES EVALUARAN LAS PROPUESTAS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO; EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DEL **DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**, NO SE PRESENTA, QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/0210/2025, POR PARTE DEL **ÁREA JURÍDICA**, NO SE PRESENTA, QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/0207/2025 Y EL REPRESENTANTE DEL **ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES**, NO SE PRESENTA, QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/0206/2025.

POSTERIORMENTE, SE PROCEDE A VERIFICAR EL ENVÍO DE PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (COMPRANET), **EXISTIENDO 2 (DOS) PROPOSICIONES** PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA EN EL SERVIDOR DE DICHA PLATAFORMA, COMO SE MUESTRA EN EL REPORTE GENERADO POR EL SISTEMA COMPRANET EN EL **ANEXO 1 (UNO)**:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SU PROPUESTA DE FORMA ELECTRÓNICA
1	GRUPO HOSPITALARIO OMED SA DE CV EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
2	MEDSCOPE SOLUTIONS SA DE CV



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. de Los Conventos No.107-111 Col. Hogares Ferrocarrileros 1ra. Sección, C.P. 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Teléfono: (414) 818 2425 EXT: 418 - www.imss.gob.mx



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025, PARA SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025.

EN PRIMER TÉRMINO, SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DE LA PROPUESTA RECIBIDA ATRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIENDO ÉSTA DE FORMA **CUANTITATIVA**, SIN ENTRAR AL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO, LO CUAL SE HACE CONSTAR EN EL **ANEXO 2 (DOS)** DE LA PRESENTE ACTA.

A CONTINUACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 47 PENÚLTIMO PÁRRAFO** DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE OMITIÓ LA LECTURA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y SE ADJUNTAN A ESTA ACTA COMO **ANEXO 3 (TRES) LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS** QUE CONTIENEN LOS PRECIOS UNITARIOS; INDICANDO LOS IMPORTES TOTALES SIN IVA DE CADA PROPOSICIÓN, COMO SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

Nº	NOMBRE DEL LICITANTE	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SIN IVA
1	GRUPO HOSPITALARIO OMED SA DE CV EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMÍREZ	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025.	\$ 2,378,200.00
2	MEDSCOPE SOLUTIONS SA DE CV	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025.	\$ 2,451,000.00

CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II** DE LA LEY, LAS PROPOSICIONES SE RUBRICARON POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE Y POR LOS ASISTENTES AL PRESENTE EVENTO.

DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III** DE LA LEY, LAS PROPOSICIONES SE RECIBIERON PARA SU EVALUACIÓN Y CON BASE EN ELLA, SE EMITIRÁ EL **FALLO** CORRESPONDIENTE, EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER EN JUNTA PÚBLICA EL **DÍA 18 DE MARZO DE 2025 A LAS 15:00 HORAS** Y SE DIFUNDIRÁ COPIA DEL MISMO EN EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET; DICHO FALLO PODRÁ SER DIFERIDO, SIEMPRE Y CUANDO, EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE.

CIERRE DE ACTA:

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN CIRCUITO DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, EN UN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 16:00 HORAS, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: **<https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>** ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 49 SEGUNDO PÁRRAFO** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025, PARA SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025.

DE CONFORMIDAD CON EL **PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 26** DE LA **LAASSP**, A ESTE ACTO **NO** ASISTIÓ NINGUNA PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO COMO **OBSERVADOR**.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO **LAS 16:30 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO**, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN PARTICIPANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

ESTA ACTA CONSTA DE **03 (TRES) PÁGINAS Y 46 (CUARENTA Y SEIS) PÁGINAS DE ANEXOS**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:


SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
L.A. J. BULMARO SEGURA FLORES JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
C.P. ARTURO JONATAN ROSTRO LICEA SUPERVISOR DE PROYECTOS E2 OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



ANEXO 1

REPORTE DE LAS PROPOSICIONES
PRESENTADAS

EVENTO COMPRANET NÚMERO
LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025





LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 10 de marzo de 2025 a las 15:21

Datos del Procedimiento de contratación


Código del Expediente: E-2025-00011206

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	GRUPO HOSPITALARIO OMED SA DE CV	22 de febrero de 2025 a las 22:38	7 de marzo de 2025 a las 20:40	10 de marzo de 2025 a las 15:01	Electrónica
2	MEDSCOPE SOLUTIONS SA DE CV	21 de febrero de 2025 a las 11:27	10 de marzo de 2025 a las 01:15	10 de marzo de 2025 a las 15:01	Electrónica

[Handwritten signature]



2025
Año de
la Mujer
Indígena

Viaducto Pdte. Miguel Alemán Valdés No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2000 3000 ext. 4922 <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>

ANEXO 2

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

EVENTO COMPRANET NÚMERO

LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios


Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A 10 DE MARZO DE 2025.

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

Razón Social del(los) Licitante(s):	GRUPO HOSPITALARIO OMED SA DE CV EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
Por medio de su Representante Legal:	FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ

DOCUMENTO SOLICITADO CORRESPONDIENTE A LA: DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA NUMERAL 4.1.3.	REFERENCIA: PUNTO DONDE SE SOLICITA	PRESENTADO SI ☒ NO ☐
Anexo 04 "Escrito de Acreditación de Existencia Legal y Personalidad Jurídica" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso A)	☒
Anexo 05 "Manifestación de Correo Electrónico para recibir Notificaciones" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso B)	☒
Anexo 06 "Escrito de Nacionalidad Mexicana" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso C)	☒
Anexo 07 "Formato de la Determinación, Acreditación y Verificación del Contenido Nacional" de la Convocatoria. (en caso de aplicar)	4.1.3. Inciso D)	☒
Anexo 08 "Escrito de no Encontrarse en los Supuestos de los Artículos 50 y 60 de la LAASSP" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso E)	☒
Anexo 09 "Declaración de Integridad" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso F)	☒
Anexo 10 "Escrito de Liberación de Responsabilidad de Carácter Civil, Mercantil, Penal o Administrativa" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso G)	☒
Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, o bien;	4.1.3. Inciso H)	☒
Anexo 11 "Manifestación de Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MiPyMEs)" de la Convocatoria que se adjunta para tal efecto.	4.1.3. Inciso I)	☒
Anexo 12 "Manifiesto de Acuerdo CompraNet 2023" Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS.	4.1.3. Inciso J)	☒
Anexo 13 "Modelo de Convenio de Participación Conjunta" de la Convocatoria que se adjunta para tal efecto. (en caso de aplicar)	4.1.3. Inciso K)	☒
Anexo 14 "Formato de Información Reservada y Confidencial" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso L)	☒
Anexo 15 "Carta de Conflicto de Intereses", de la Convocatoria.	Anexo 15	☒
Anexo 15 BIS: Presentar el "Acuse y Manifiesto del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones" el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf , siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo.	Acuse y Manifiesto Anexo 15 BIS	☒
Anexo 16 "Aviso de Privacidad Integral IMSS" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso M)	☒
Anexo 17 "Manifiesto de Conocer la LAASSP" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso N)	☒
Anexo 18 "Manifiesto de Responder por Defectos o Vicios Ocultos" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso O)	☒
Anexo 19 "Manifestación de Utilizar Subcontratación de Servicios y Obras Especializadas" de la Convocatoria. (en caso de aplicar)	4.1.3. Inciso P)	☒
Anexo 20 "Constancias de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" de la Convocatoria: el licitante deberá presentar las siguientes opiniones debiendo estar vigentes, positivas y a nombre de su representada. (en original como las arrojan los sistemas) I.- (SAT) II.- (IMSS) III.- (INFONAVIT)	4.1.3. Inciso Q)	☒





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A 10 DE MARZO DE 2025.

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

Razón Social del(los) Licitante(s):	MEDSCOPE SOLUTIONS SA DE CV
Por medio de su Representante Legal:	MARIANA ALVERDI CUEVAS

DOCUMENTO SOLICITADO CORRESPONDIENTE A LA: DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA NUMERAL 4.1.3.	REFERENCIA: PUNTO DONDE SE SOLICITA	PRESENTADO SI ☒ NO ☒
Anexo 04 "Escrito de Acreditación de Existencia Legal y Personalidad Jurídica" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso A)	☒
Anexo 05 "Manifestación de Correo Electrónico para recibir Notificaciones" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso B)	☒
Anexo 06 "Escrito de Nacionalidad Mexicana" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso C)	☒
Anexo 07 "Formato de la Determinación, Acreditación y Verificación del Contenido Nacional" de la Convocatoria. (en caso de aplicar)	4.1.3. Inciso D)	☒
Anexo 08 "Escrito de no Encontrarse en los Supuestos de los Artículos 50 y 60 de la LAASSP" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso E)	☒
Anexo 09 "Declaración de Integridad" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso F)	☒
Anexo 10 "Escrito de Liberación de Responsabilidad de Carácter Civil, Mercantil, Penal o Administrativa" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso G)	☒
Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, o bien;	4.1.3. Inciso H)	☒
Anexo 11 "Manifestación de Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MiPyMEs)" de la Convocatoria que se adjunta para tal efecto.	4.1.3. Inciso I)	☒
Anexo 12 "Manifiesto de Acuerdo CompraNet 2023" Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS.	4.1.3. Inciso J)	☒
Anexo 13 "Modelo de Convenio de Participación Conjunta" de la Convocatoria que se adjunta para tal efecto. (en caso de aplicar)	4.1.3. Inciso K)	☒
Anexo 14 "Formato de Información Reservada y Confidencial" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso L) Anexo 15	☒
Anexo 15 "Carta de Conflicto de Intereses", de la Convocatoria.	Acuse y Manifiesto Anexo 15 BIS	☒
Anexo 15 BIS: Presentar el "Acuse y Manifiesto del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones" el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf , siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo.	4.1.3. Inciso M)	☒
Anexo 16 "Aviso de Privacidad Integral IMSS" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso N)	☒
Anexo 17 "Manifiesto de Conocer la LAASSP" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso O)	☒
Anexo 18 "Manifiesto de Responder por Defectos o Vicios Ocultos" de la Convocatoria.	4.1.3. Inciso P)	☒
Anexo 19 "Manifestación de Utilizar Subcontratación de Servicios y Obras Especializadas" de la Convocatoria. (en caso de aplicar)	4.1.3. Inciso Q)	☒
Anexo 20 "Constancias de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" de la Convocatoria: el licitante deberá presentar las siguientes opiniones debiendo estar vigentes, positivas y a nombre de su representada. (en original como las arrojan los sistemas) I.- (SAT) II.- (IMSS) III.- (INFONAVIT)		☒



2025
Año de
La Mujer
Indígena

ANEXO 3

PROPUESTAS ECONÓMICAS

EVENTO COMPRANET NÚMERO

LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025



A B
α

PROPUESTA ECONOMICA PROVEEDOR 1




A G
α

A

2

2



Grupo Hospitalario OHED SA de CV.
GHU191126N48

licitación pública con número de procedimiento: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

AL SEÑOR: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

R.F.C.: GH0419123N48 Y MARC781096C31 RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO OHED S.A. DE C.V. Y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ

DISTRIBUIDOR (X).

DOMICILIO CALLE Y NÚMERO QUEBEC #85, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSÍ, CÓDIGO POSTAL 78177, ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO

CALLE Y NÚMERO QUEBEC #85, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSÍ, CÓDIGO POSTAL 78177, ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSÍ

TEL: 5560937961 CORREO ELECTRÓNICO: federico.m74@gmail.com o: nead078@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN MPYMES: MICRO (X)

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"

Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A, y B.

DISTRIBUIDOR (X).

DOMICILIO CALLE Y NÚMERO QUEBEC #85, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSÍ, CÓDIGO POSTAL 78177, ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO

CALLE Y NÚMERO QUEBEC #85, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSÍ, CÓDIGO POSTAL 78177, ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSÍ

TEL: 5560937961 CORREO ELECTRÓNICO: federico.m74@gmail.com o: nead078@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN MPYMES: MEDIANA ()

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025															
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD															
LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025															
LOCALIDAD	CLAVE CUOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCION EQUIPO Y REFACCIONES				MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
HGZ #50															
TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA MARCA FUJINON															
GASTROSCOPIO EG-530FP SERIE 1G374K631															
SAN LUIS POTOSI	35400003	1	EQ	Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de punta distal. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de CCD (microcámara). Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia. Revisión de canal de aire/agua. Revisión de tubo de succión. Revisión de bending. Revisión de líneas y camisas de angulación. Revisión de cuerpo de mandos. Revisión de botones. Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de aire/agua. Revisión de mecanismo de angulación up/down. Revisión de mecanismo de angulación left/right. Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada. Revisión de tubo universal. Revisión de conector. Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio. Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de tubo de inserción. Cambio de tubo universal. Cambio de canal de trabajo. Cambio de CCD. Cambio de tarjeta de video. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza.				2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	45 000.00	90 000.00
DUODENOSCOPIO ED-530XT SERIE 1D102K367															
SAN LUIS POTOSI	35400003	2	EQ	Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de punta distal. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de CCD (microcámara). Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia. Revisión de canal de aire/agua. Revisión de tubo de succión. Revisión de bending. Revisión de líneas y camisas de angulación. Revisión de cuerpo de mandos. Revisión de botones. Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de aire/agua. Revisión de mecanismo de angulación up/down. Revisión de mecanismo de angulación left/right. Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada. Revisión de tubo universal. Revisión de conector. Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio. Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de tubo de inserción. Cambio de tubo universal. Cambio de canal de trabajo. Cambio de CCD. Cambio de tarjeta de video. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza.				2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	46 000.00	92 000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

16 de Septiembre de 2025, Col. Manuel Ávila Camacho CP 53910
Naucalpan de Juárez, Estado de México.
fedrico.m74@gmail.com Teléfono 5560937961

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

001




MEDIANA ()

LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCION EQUIPO Y REACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
SAN LUIS POTOSI	35400003	3	EQ	COLONOSCOPIO EG-530FL SERIE 10564K186 Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de alta resistencia según marca. Revisión de punta digital Revisión de densidad de fibra de luz Revisión de CCD (microscopio) Revisión de canal de video Revisión de biopsia Revisión de canal de irrigación Revisión de tubo de inserción. Revisión de bending Revisión de líneas y canchales de angulación Revisión de cuerpo de mandos Revisión de botones Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de angulación Revisión de mecanismo de angulación up/down Revisión de mecanismo de angulación left/right Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada Revisión de tubo universal Revisión de conector Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio Revisión de conector de entrada de luz Cambio de tubo de tubo universal Cambio de canal de trabajo Cambio de tarjeta de video Cambio de bending Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	52,300.00	104,600.00
SAN LUIS POTOSI	35400003	4	EQ	PROCESADOR VP-4450HD SERIE 2168G124 Revisión física del equipo Revisión de voltaje recibido con voltímetro de mano Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica. Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza Revisión de indicador de poder Revisión de bomba de aire Revisión de estado de conector a endoscopio Revisión de estado de batería integrada con multímetro digital Revisión de salidas de video Revisión de panel de control Revisión de fusibles con multímetro digital Revisión de tarjeta de video con osciloscopio Cambio de tarjeta de poder Cambio de tarjeta de video Armado del equipo	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	17,500.00	35,000.00
SAN LUIS POTOSI	35400003	5	EQ	FUENTE DE LUZ XL-4450 SERIE 25095G342 Revisión física del equipo Revisión de interruptor principal de poder. Revisión de voltaje recibido con voltímetro de mano Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza Revisión de estado de conector a endoscopio Revisión de salida de luz Revisión de horas de vida de lámpara Revisión de densidad de luz de lámpara Revisión de estado de batería integrada con multímetro digital Revisión de controles de intensidad de luz. Revisión de fusibles con multímetro digital Revisión de tarjeta de control de iluminación. Cambio de lámpara de xenón Armado del equipo	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	34,000.00	68,000.00

002

7



GRUPO HOSPITALARIO OMED SA de CV.
GHU191126N46

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025
No. de PRELIMSS: 1
R.F.C.: GHU191126N46 y MARC781096C3. RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO OMED, S.A. DE C.V. y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DOMICILIO: CALLE Y NUMERO 16 DE SEPTIEMBRE # 5 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO NAUAYAC, ESTADO DE QUERÉTARO, C.P. 76100
CALLE Y NUMERO QUEBEC # 89, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, C.P. 24000
TEL: 556937961 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com o.medi07@gmail.com
ESTRATIFICACIÓN MIPYMES: MICRO (X)

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A y B.

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

DISTRIBUIDOR (X)
PEQUEÑA ()
MEDIANA ()

[Handwritten signature]

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025												
LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCION EQUIPO Y REFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
SAN LUIS POTOSI	35400003	6	EQ	MONITOR GRADO MEDICO, MARCA BARCO, MODELO RF-TVMCP7012MX, SERIE 14K15B Revisión general del equipo. Revisión de conexiones de entrada. Revisión de calidad de imagen. Revisión de carcasa del equipo. Revisión de cables de alimentación eléctrica con voltímetro de gancho. Revisión de puertos. Limpieza general del equipo con kit de limpieza. Cambio de cable hdmi. Cambio de cable de línea.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	9,000.00	18,000.00
HG2#2												
SAN LUIS POTOSI	35400003	1	EQ	TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA MARCA: PENTAX GASTROSCOPIO EG-290KP NIS G110205 Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de punta distal. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de CCD (microcámaral). Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia. Revisión de canal de irrigación. Revisión de tubo de inserción. Revisión de bending. Revisión de líneas y camisetas de angulación. Revisión de cuerpo de mandos. Revisión de botones. Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de irrigación. Revisión de mecanismo de angulación up/down. Revisión de mecanismo de angulación left/right. Ajuste de angulaciones con caja de herramientas. Revisión de tubo universal. Revisión de conector. Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio. Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de válvula de irrigación. Cambio de Cuerpo de mandos. Cambio de bending. Cambio de CCD. Cambio de canal de trabajo. Cambio de sección flexible. Cambio de válvula de succión. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	58,600.00	117,200.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

16 de Septiembre #65 Col. Manuel Ávila Camacho, CP 53910
Nauayac de Juárez, Estado de México.
556937961


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

003

7



GRUPO HOSPITALARIO OMED S.A. DE C.V.
GHU1911726N48

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-50-GYR-450GYR023-N-42-2025
NÚMERO DE PRELIMINAR: 1
FABRICANTE: ()
R.F.C.: GHU191126N48 Y MARC781086CD. RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO OMED, S.A. DE C.V. Y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DOMICILIO: CALLE Y NUMERO 16 DE SEPTIEMBRE # 5 COLONIA. MUNICIPIO NAUACALPAN DE JUAREZ, CODIGO POSTAL 53910. ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO
CALLE Y NUMERO QUEBEC # 89, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA. MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, CODIGO POSTAL 78117. ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSI
TEL: 5560937861 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com o.med078@gmail.com
ESTRATIFICACIÓN MIPYMES: MICR (X)

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A y B.

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

DISTRIBUIDOR, (X).

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFAICCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD LA-50-GYR-450GYR023-N-42-2025												
LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFAICCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MÁXIMOS SIN IVA
SAN LUIS POTOSI	35400003	2	EQ	DUODENOSCOPIO ED-3470TK NIS A110658 Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de punta distal. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de CCD (microcámara). Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia. Revisión de canal de irrigación. Revisión de tubo de succión. Revisión de banding. Revisión de líneas y camisas de angulación. Revisión de cuerpo de mandos. Revisión de botones. Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de aire. Revisión de mecanismo de angulación up/down. Revisión de mecanismo de angulación left/right. Revisión de mecanismo de elevador. Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada. Revisión de tubo universal. Revisión de conector. Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio. Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de banda. Cambio de CCD. Cambio de tarjeta de video. Cambio de canal de trabajo. Cambio de sección flexible. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	48 000.00	96 000.00
SAN LUIS POTOSI	35400003	3	EQ	COLONOSCOPIO EC-3872TLK NIS A110402 Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de punta distal. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de CCD (microcámara). Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia. Revisión de canal de irrigación. Revisión de tubo de succión. Revisión de banding. Revisión de líneas y camisas de angulación. Revisión de cuerpo de mandos. Revisión de botones. Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de aire. Revisión de mecanismo de angulación up/down. Revisión de mecanismo de angulación left/right. Revisión de angulaciones con caja de herramientas especializada. Revisión de tubo universal. Revisión de conector. Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio. Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de banda. Cambio de CCD. Cambio de tarjeta de video. Cambio de canal de trabajo. Cambio de sección flexible. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	60 500.00	121 000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

16 de Septiembre #6 Col. Mercal Ávila Camacho, CP 53910
Nauacalpan de Juárez, Estado de México
Tel: 5560937861 Correo electrónico: federico.m74@gmail.com

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

004

Grupo Hospitalario OMIED S.A. de C.V.
GH0191128N48

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A, y B.

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-50-GYR-250GYR023-J-42-2025
No. DE PRELIMINAR: FABRICANTE ()
R.F.C.: GH0191128N48 y MARC78406CIB RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO OMIED S.A. DE C.V. Y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DOMICILIO: CALLE Y QUEBEC # 88, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO NAUACALPAN DE JUAREZ, CODIGO POSTAL 53910, ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO
TEL: 5560837961 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com; m740078@gmail.com
ESTRATIFICACIÓN MIPYMES: MICRO (X)

DISTRIBUIDOR (X)
PEQUEÑA ()
MEDIANA ()

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025												
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD												
LA-50-GYR-0550GYR023-N-42-2025												
LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
SAN LUIS POTOSI	35400003	6	EQ	FUENTE DE LUZ, MARCA: PENTAX MODELO: LH-150SERIE: UA82299 Revisión física del equipo. Revisión de interruptor principal de poder. Revisión de indicador de poder. Revisión de cables de alimentación eléctrica con voltaje de 110V. Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica. Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada. Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza. Revisión de conector a endoscopio. Revisión de salida de luz. Revisión de densidad de luz de lámpara. Revisión de panel de control. Revisión de funcionamiento de controles de intensidad de luz. Revisión de fusibles con multímetro digital. Revisión de tarjeta de control de iluminación con multímetro digital. Cambio de lámpara de xenon. Cambio de banco de conexiones. Armado del equipo.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	33 700.00	67 400.00
SAN LUIS POTOSI	35400003	7	EQ	VIDEOESOFAGOGASTROSCOPIO, MARCA PENTAX, MODELO EG-27901, SERIE H110795 Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de punta distal. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de CCD (microcámara). Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia. Revisión de canal de irrigación. Revisión de tubo de succión. Revisión de bending. Revisión de líneas y camisas de irrigación. Revisión de mecanismo de mandos. Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de irrigación. Revisión de mecanismo de angulación up/down. Revisión de mecanismo de angulación left/right. Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada. Revisión de tubo universal. Revisión de conector. Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio. Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de bending. Cambio de canal de trabajo. Cambio de sección flexible. Cambio de tubo de inserción. Cambio de CCD. Cambio de canal de irrigación. Cambio de válvula de aire y agua. Cambio de canal de succión. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	45 200.00	90 400.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

10 de Septiembre de 2025
FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO
Teléfono: 5560837961

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

006

Handwritten signature and initials.



Grupo Hospitalario OMED S.A. de C.V.
GHU191126N48

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2, Incisos A, y B.

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-60-GYR-450GYR023-N-42-2025
NO. DE PRELIMINAR: 1
FABRICANTE: (X)
R.E.C.: GHU191126N48 Y MARC78108EC13 RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO OMED, S.A. DE C.V. Y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DOMICILIO: CALLE Y NUMERO QUEBEC # 89, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, ESTADO DE MEXICO
TEL: 5560937861 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com; a.med078@gmail.com
ESTRATIFICACIÓN MPYMES: MICRO (X)

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

DISTRIBUIDOR: (X)
PEQUEÑA ()
MEDIANA ()

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD LA-60-GYR-450GYR023-N-42-2025												
LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
SAN LUIS POTOSI	35400003	8	EQ.	VIDEOUDENOSCOPIO, MODELO ED34-HOT, MARCA PENTAX, SERIE B111105 Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de punta distal. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de CCD (microcámara). Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia. Revisión de canal de irrigación. Revisión de tubo de succión. Revisión de bending. Revisión de líneas y camisas de angulación. Revisión de cuerpo de mandos. Revisión de botones. Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de irrigación. Revisión de mecanismo de angulación up/down. Revisión de mecanismo de angulación left/right. Revisión de mecanismo de elevador. Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada. Revisión de tubo electrónico con osciloscopio. Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de tubo de fibra de luz. Cambio de sistema de elevación. Cambio de canal de trabajo. Cambio de válvula de succión. Cambio de válvula de irrigación. Cambio de canal de trabajo. Cambio de válvula de succión. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	45,700.00	91,400.00
SAN LUIS POTOSI	35400003	9	EQ.	VIDEOCOLONOSCOPIO, MODELO EC-3890LI, MARCA PENTAX, SERIE H116489 Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de punta distal. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de CCD (microcámara). Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia. Revisión de canal de irrigación. Revisión de tubo de succión. Revisión de bending. Revisión de líneas y camisas de angulación. Revisión de cuerpo de mandos. Revisión de botones. Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de irrigación. Revisión de mecanismo de angulación up/down. Revisión de mecanismo de angulación left/right. Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada. Revisión de tubo electrónico con osciloscopio. Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de tubo de fibra de luz. Cambio de sistema de elevación. Cambio de canal de trabajo. Cambio de válvula de succión. Cambio de válvula de irrigación. Cambio de canal de trabajo. Cambio de válvula de succión. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	56,200.00	112,400.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

16 de Septiembre #65 Col. Manuel Ávila Camacho, CP 53910
Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Escribiendo en presencia de:
Escribiendo en presencia de:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A. y B.

licitación pública con número de procedimiento: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

[illegible]

PEQUEÑA ()

2

LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
SAN LUIS POTOSI	35400003	10	EQ.	VIDEOPROCESADOR, MODELO EPK4, MARCA PENTAX, SERIE UF012603 Revisión física del equipo. Revisión de interruptor principal de poder. Revisión de indicador de poder. Revisión de cable de alimentación eléctrica con voltajeperímetro de gancho. Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica. Diagnóstico de estado de equipo con cables y herramientas especializadas. Limpieza de cubiertas con kit de limpieza. Revisión de conector y cable de video. Revisión de cables de luz. Revisión de bomba de aire. Revisión de horas de vida de lámpara. Revisión de densidad de luz de lámpara. Revisión de panel de control. Revisión de salidas de video. Revisión de estado de batería integrada. Revisión de controles de intensidad de luz. Revisión de tarjeta de video con osciloscopio. Revisión de fusibles con multímetro digital. Revisión de tarjeta de control de iluminación con multímetro digital. Cambio de tarjeta de imagen Cambio de lámpara&ambio de seguro de conector de endoscopio. Armado del equipo	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	58 000.00	117 800.00
SAN LUIS POTOSI	35400003	11	EQ.	MONITOR PARA CIRUGIA LDC DE 26", MODELO RADIANCE 26", MARCA NDS, SERIE 16-38483 Revisión general del equipo. Revisión de conexiones de entrada. Revisión de calidad de imagen. Revisión de carcasa del equipo. Revisión de cables de alimentación eléctrica con voltajeperímetro de gancho. Limpieza general del equipo con kit de limpieza.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	9 000.00	18,000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



800

72



GRUPO HOSPITALARIO OMED S.A. de C.V.
GHU191128N48

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Economica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A, y B.

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., A 7 de marzo de 2025.
DISTRIBUIDOR (X)
DISTRIBUIDOR ()
PEQUEÑA ()
MEDIANA ()
GRUPO HOSPITALARIO OMED S.A. de C.V. y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
FABRICANTE ()
DOMICILIO: CALLE Y NUMERO 16 DE SEPTIEMBRE # 5, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO NAUCLIPAN DE JUAREZ, ESTADO DE QUERETARO, C.P. 76310.
TEL: 5560937961 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com, 35.med079@gmail.com
ESTRATIFICACION MIPYMES: MICRO (X)

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REEFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025												
LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCION EQUIPO Y REEFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
HGZ # 6 VALLES												
CISTOSCOPIO RIGIDO PARA ESTUDIO												
CIUDAD VALLES	35400003	1	EQ	MARCA ACMI SERIE:27842088 COMPONENTES:TELESCOPIO AUTOCALVABLE 2.7MM, 30 GRADOS, ROJO, CAMISA Y OBTURADOR ESTANDAR 13.5FR., PUENTE ALBARRAN, UNA VIA DE 13 FR 0344 FUENTE DE LUZ 300 WATTS XENON LUTCH SOURCE SERIE:05M18340784 (279421085)	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	45 000.00	90 000.00
				Lente Revision de tubo de la vaina.Revision de cono de cierre Revision de adaptador (según sea el caso) Revision de ocular cónico Revision de densidad de luz.Revision de soporte para el ocular cónico de la vaina.Revision de ocular cónico enchufable Cambio de punta 30° Cambio de ocular principal Fuente de luz: Revision fisica del equipo.Revision de interruptor principal de poder.Revision de indicador de poder.Revision de cable de alimentacion eléctrica con voltaje de 120V.Revision de gancho.Revision de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica.Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada.Revision y limpieza de cubiertas con kit de limpieza.Revision de conector a endoscopio.Revision de salida de luz.Revision de horas de vida de lampara.Revision de densidad de luz de lampara.Revision de panel de control.Revision de controles de intensidad de luz.Revision de fusibles con multímetro digital.Revision de tarjeta de control de iluminacion Cambio de lampara Cambio de tarjeta de control de intensidad de luz.Armado del equipo								

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

16 de Septiembre #5 Col. Manuel Ávila Camacho, CP 53910
Nauclipan de Juárez, Estado de México
federico.m74@gmail.com Teléfono 5560937961

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature and initials.



Grupo Hospitalario Omed S.A. de C.V.
GH0191128N48

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-50-GYR-450GYR023-N-42-2025
No. DE PRELIMINAR: 1
R.F.C.: GH0191128N48 y MARC78106CB. RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO Omed S.A. DE C.V. y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DOMICILIO: CALLE Y NUMERO 16 DE SEPTIEMBRE # 5, COLONIA AMALU, MUNICIPIO NAUICALPAN DE JUAREZ, CODIGO POSTAL 53910, ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO
CALLE Y NUMERO QUEBEC # 89, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, CODIGO POSTAL 78117, ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSI
TEL: 556937981 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com o: med078@gmail.com
ESTRATIFICACIÓN MIPYMES: MICRO (X)

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Economica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A, y B.

FABRICANTE (X)
DISTRIBUIDOR (X)
PEQUEÑA ()
MEDIANA ()

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD LA-50-GYR-450GYR023-N-42-2025												
LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCION EQUIPO Y REFFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
CIUDAD VALLES	35400003	2	EQ	ENDOSCOPIO/PANENDOFIBROSCOPIO MARCA: OLYMPUS MOD. GIF-E, SERIE 2218827 FUENTE DE LUZ MOD CLE-E SERIE 7012965,LAMPARA DE HALOGENO DE 150 WATTS Gastroscopio/panendoscopio: Revisión física del equipo.Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca.Revisión de punta distal.Revisión de densidad de fibra de luz.Revisión de fibra optica . Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia.Revisión de canal de irrigación.Revisión de tubo de inserción. Revisión de bending.Revisión de líneas y camisas de angulación.Revisión de cuerpo de mando.Revisión de válvula de succión.Revisión de válvula de aire/luz.Revisión de mecanismo de angulación up/down.Revisión de mecanismo de angulación left/right.Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada.Revisión de tubo universal.Revisión de conector.Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de tubo de inserción . Cambio de Canal de trabajo.Cambio de fibra de luz. Cambio de sección flexible. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	49 500.00	99 000.00
				Fuente de luz: Revisión física del equipo.Revisión de interruptor principal de poder. Revisión de voltaje recibido con voltímetro de gancho.Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica.Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada.Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza.Revisión de estado de conector a endoscopio.Revisión de salida de luz.Revisión de horas de vida de lámpara.Revisión de densidad de luz de lámpara.Revisión de estado de batería integrada con multímetro digital. Revisión de controles de intensidad de luz. Revisión de fusibles con multímetro digital.Revisión de tarjeta de control de iluminación. Cambio de bomba de aire.Cambio de lámpara de halógeno.Armado del equipo								

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

16 de Septiembre #5 Col. Manuel Ávila Camacho CP 53910
Nauicalpan de Juárez, Estado de México
Teléfono: 556937981

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A. y B.

licitación pública con número de procedimiento: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

DISTRIBUIDOR. (X).

PEQUEÑA () MEDIANA ()



LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
Ciudad Valles	35400003	3	EQ	URETO-CISTOSCOPIO PARA EXPLORACION URETRAL MARCA: KARL STORZ EQUIPO PORTATIL RIGIDO DE FIBRA OPTICA, FUENTE DE LUZ FRIA HALOGENO 250WATTS, VIDEOGRABADORA VHS NTSC SERIE:0010178EO, VIDEO IMPRESORA A COLOR UPC-2010 SERIE:20910, CAMARA DE 1 CHIP CCD CON-480 LINEAS DE RESOLUCION SERIE:AH03895-P ADAPTADOR DE CAMARA A ENDOSCOPIO SERIE:MH03828/KIAD12939 Lente. Revisión de tubo de la vaina. Revisión de cono de cierre. Revisión de adaptador (según sea el caso). Revisión de ocular clínico. Revisión de densidad de luz. Revisión de soporte para el ocular clínico de la vaina. Revisión de ocular clínico enchufable. Fuente de luz. Revisión física del equipo. Revisión de interruptor principal de poder. Revisión de indicador de poder. Revisión de cable de alimentación eléctrica con voltímetro de gancho. Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica. Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada. Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza. Revisión de conector a endoscopio. Revisión de salida de luz. Revisión de horas de vida de lámpara. Revisión de densidad de luz de lámpara. Revisión de panel de control. Revisión de control de intensidad de luz. Revisión de fusibles con multímetro digital. Revisión de tarjeta de control de iluminación. Cambio de lámpara. Armado del equipo. Videograbadora. Revisión general de videograbadora. Limpieza general con kit de limpieza. Video impresora a color. Revisión general de video impresora a color. Limpieza general con kit de limpieza a cámara. Revisión de puerto para lente. Revisión de puerto de salida de video. Revisión de potenciómetro para enfoque. Revisión de entrada de poder, corriente directa. 12V con multímetro digital.	2	SEMANAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	40 000.00	80 000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

011

Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A. y B.

SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

FABRICANTE. ().

4. *Wissenschaftliche Grundlagen*

E2

DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO 16 DE SEPTIEMBRE # 5, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUAREZ, CÓDIGO POSTAL 5910. ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO

CALLE Y NÚMERO QUEBEC #89, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, CÓDIGO POSTAL 78117, ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSI

TEL:5560937961 CORREO ELECTRÓNICO: federico.m74@gmail.com ; o.med078@gmail.com

MICRO (X)

PEQUEÑA ()

LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
				COLPOSCOPIO								
CIUDAD VALLES	35400003	4	EQ	KARL KAPS .MOD. SOM52, SERIE 20076 FUENTE DE LUZ HALOGENA DE 12V/100 WATTS MARCA KARL KAPS Y ACCESORIOS SISTEMA DE VIDEO INTEGRADO REF.101-480-000, 700-468 MARCA KARL KAPS, MONITOR DE PANTALLA PLANA LCD DE ALTA RESOLUCION 22" PHILLIPS Colposcopio con fuente de luz integrada. Revisión física del equipo.Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada.Revisión de densidad de luz Revisión de vida de lámpara.Revisión de dispositivos de objetivo Limpieza de objetivos con kit de limpieza.Revisión de enfoque micro Revisión de lentes de lentes binoculares.Revisión de pares de oculares Revisión de sistema de zoom.Revisión de calidad de imagen de sistema de video.Lubricación y armado de partes Revisión de sistema de video Limpieza del equipo en general con spray /limpiador Monitor de pantalla plana: Revisión general del equipo.Revisión de cable de alimentación eléctrica con voltíamperímetro de gancho.Revisión de puertos. Limpieza en general con kit de limpieza Monitor 22" marca Phillips: Revisión general del equipo.Revisión de conexiones de entrada.Revisión de calidad de imagen.Revisión de carcasa del equipo Revisión de cables de alimentación eléctrica con voltíamperímetro de gancho. Revisión de puertos Limpieza general del equipo con kit de limpieza	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	25 000.00	50 000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

10 de Septiembre #5 Col. Manuel Ávila Camacho CP 53910

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

012

Handwritten signature and official stamp of the company.

Grupo Hospitalario OMED S.A. de C.V.
GHU791126N48

ANEXO 03 "PROPIUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A. y B.

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-50-GYR-450GYR023-N-42-2025
No. DE PRELIMISS: FABRICANTE (X).
DOMICILIO: CALLE 12 DE MARZO Y CALLE 13 DE MARZO, COLONIA JARDINES DE MAR, CECILIA, MUNICIPIO NAUACALPAN DE JUAREZ, CODIGO POSTAL 53910, ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO
CALLE Y NUMERO QUEBEC # 88 COLONIA JARDINES DE MAR, CECILIA, MUNICIPIO NAUACALPAN DE JUAREZ, CODIGO POSTAL 53910, ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSI
TEL: 550937961 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com; j.med74@gmail.com
ESTRATIFICACIÓN IPYMES: MICRO (X)

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

DISTRIBUIDOR (X).

PEQUEÑA ()
MEDIANA ()

Handwritten signature of the company representative.

PROPIUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD
LA-50-GYR-450GYR023-N-42-2025

LOCALIDAD	CLAVE CUOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCION EQUIPO Y REFFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
CIUDAD VALLES	35400003	5	EQ	TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA FUJINON MOD. ES-250WS , SERIE 3C529A006 ACCESORIOS:VIDEO RECTOSIGMOIDOSCOPIO FLEXIBLE ESTANDAR MARCA FUJINON MOD.ES-250WS N.S. 3C529A005, PROCESADOR DE IMAGENES Y FUENTE DE LUZ DE XENON DE 150 WATTS MCA.FUJINON MOD.EPX-2500 N.S.1V456A346, MONITOR PLANO LCD 19" N.S. NV489A014 N.P.1047032700988 Rectosigmoidoscopia Revisión física del equipo Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca Revisión de punta distal Revisión de densidad de fibra de luz Revisión de CCD (microcámara) Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia Revisión de canal de aire/luz Revisión de tubo de inserción Revisión de bending Revisión de líneas y camisas de angulación Revisión de cuerpo de mandos Revisión de botones Revisión de válvula de succión Revisión de válvula de aire/luz Revisión de mecanismo de angulación up/down Revisión de mecanismo de angulación left/right Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada Revisión de tubo universal Revisión de conector Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio Revisión de conector de entrada de luz Cambio de canal de trabajo Cambio de sección flexible Cambio de tubo de inserción Cambio de válvula aire/ agua Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza Procesador: Revisión física del equipo Revisión de interruptor principal de poder Revisión de indicador de poder Revisión de cable de video Revisión de pantalla Revisión de control de gancho Revisión de seguridad electrónica con analizador de seguridad eléctrica Desapego de cables Revisión de control de video Revisión de control de imagen Revisión de control de horas de vida de lámpara Revisión de densidad de luz de lámpara Revisión de bomba de aire Revisión de salida de luz Revisión de horas de vida de batería integrada Revisión de control de intensidad de luz Revisión de panel de control Revisión de salidas de video Revisión de osciloscopio Revisión de fusibles con multímetro Revisión de tarjeta de control de iluminación con multímetro digital Cambio de tarjeta de imagen Armado del equipo	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	40 000.00	80 000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

16 de Septiembre #6 Col. Manuel Ávila Camacho CP 53910
Nauacalpan de Juárez, Estado de México.
tel:550937961 federico.m74@gmail.com Teléfono 550937961

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

7



Grupo Hospitalario ONED S.A. de C.V.
GHU0191128N48

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A. y B.

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-50-GYR-450GYR023-N-42-2025
No. DE PRELIMSS: FABRICANTE ()
R.F.C.: GHU0191128N48 y MARC781005C13. RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO ONED, S.A. DE C.V. Y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DOMICILIO: CALLE Y NUMERO 16 DE SEPTIEMBRE # 5, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUAREZ, CODIGO POSTAL 53910, ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO
CALLE Y NUMERO QUEBEC # 89, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, CODIGO POSTAL 78117, ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSI
TEL.: 5560937961 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com o.med078@gmail.com
ESTRATIFICACIÓN MIPYMES: MICRO (X)
PEQUEÑA ()
MEDIANA ()

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD LA-50-GYR-450GYR023-N-42-2025												
LOCALIDAD	CLAVE CUCUP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
				Fuente de luz. Revisión física del equipo Revisión de interruptor principal de poder Revisión de voltaje recibido con voltímetro de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza Revisión de estado de conector a endoscopio Revisión de salida de luz Revisión de horas de vida de lámpara Revisión de densidad de luz de lámpara Revisión de estado de batería integrada con multímetro digital Revisión de controles de intensidad de luz Revisión de tubos con multímetro digital Revisión de tarjeta de control de iluminación Cambio de lámpara de xenón Armadado del equipo Monitor plano 19" Revisión general del equipo Revisión de conexiones de entrada Revisión de calidad de imagen Revisión de carcasa del equipo Revisión de cables de alimentación eléctrica con voltímetro de gancho Limpieza general del equipo con kit de limpieza								
CIUDAD VALLES	35400003	6	EQ	CABEZAL DE MICROCAMARA, MARCA STORZ, MODELO 202304, SERIE FG00262-H Revisión general del equipo Revisión de calidad de imagen Revisión de conectores con multímetro digital Revisión de botones y funcionalidad de los mismos Limpieza en general con kit de limpieza Cambio de cámara con conector	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	8,200.00	16,400.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

10 de Septiembre #5 Col. Manuel Ávila Camacho CP 53910
Naucalpan de Juárez, Estado de México
TEL: 5560937961 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com o.med078@gmail.com

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

014

7

2



Grupo Hospitalario OMED S.A. de C.V.
GHU191128N48

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A, y B.

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-SG-GYR-456GYR023-N-42-2025
No. de PRE IMSS: _____
R.F.C.: GHU191128N48 y MARC78106C3. RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO OMED S.A. DE C.V. Y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DISTRIBUIDOR (X).
DOMICILIO: CALLE Y NUMERO 16 DE SEPTIEMBRE # 5, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUAREZ, CODIGO POSTAL 53910, ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO
CALLE Y NUMERO QUEBEC # 89, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, CODIGO POSTAL 78117, ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSI
TEL: 5560937961 CORREO ELECTRONICO: federico.mr74@gmail.com o: medo78@gmail.com
ESTRATIFICACIÓN MIPYMES: _____
MICRO (X)

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

PEQUEÑA ()
MEDIANA ()
GRANDE ()

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD LA-SG-GYR-456GYR023-N-42-2025												
LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
Ciudad Valles	35400003	7	EQ	FUENTE DE LUZ . MARCA STORZ . MODELO HALOEN150 . MODELO 20112320 . SERIE LS4091 Revisión física del equipo.Revisión de interruptor principal de poder.Revisión de indicador de poder.Revisión de cable de alimentación eléctrica con voltímetro de gancho.Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica.Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada.Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza.Revisión de conector a endoscopio.Revisión de salida de luz.Revisión de horas de vida de lámpara.Revisión de densidad de luz de lámpara.Revisión de panel de control. Revisión de controles de intensidad de luz. Revisión de tubos con multímetro digital.Revisión de tarjeta de control de iluminación. Cambio del lámpara de halógeno Armado del equipo	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	22 000.00	44 000.00
Ciudad Valles	35400003	8	EQ	RINOFARINGO LARINGOSCOPIO FIBROSCOPICO/IMOD DISTAL FLEXIBLE. MCA. OLYMPUS. SERIE 2823399, NNI: 200600082587 Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de boquilla de succión. Revisión de perilla de angulación. Ajuste de angulación con caja de herramientas especializada. Revisión de freno. Revisión de válvula de succión. Revisión de cuerpo de control. Revisión de entrada de canal de trabajo. Revisión de conectores cónicos. Revisión de tubo de inserción. Revisión de tubo universal. Revisión de conector de entrada de luz. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de ocular. Revisión de densidad de fibra óptica. Revisión de sección flexible. Cambio de canal de trabajo. Cambio de sección flexible. Cambio de fibra de luz. Cambio de Unidad distal. Armado y limpieza con jabón enzimático y kit de limpieza.	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	33 000.00	66 000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


16 de Septiembre #6 Col. Manuel Ávila Camacho CP 53910
Naucalpan de Juárez, Estado de México
Teléfono: 5560937961

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

7



Grupo Hospitalario OMED S.A. de C.V.
GHU191126N48

ANEXO 03 "PROPIUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A, y B.

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

licitación pública con número de procedimiento: LA-50-GYR-456GYR023-N-42-2025
No. de PREIMSS: FABRICANTE. ()
P.O.C.: GHU191126N48 y MARC781086CCL RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO OMED, S.A. DE C.V. y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DISTRIBUIDOR. (X)
P.O.C.: GHU191126N48 y MARC781086CCL RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO OMED, S.A. DE C.V. y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DISTRIBUIDOR. (X)
CALLE Y NÚMERO QUEBEC 18
TEL: 556037961 CORREO ELECTRÓNICO: reguadad@gmail.com o: mead7@gmail.com
ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSÍ, CÓDIGO POSTAL 78117, ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSÍ
MEDIANA ()
PEQUEÑA ()

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD LA-50-GYR-456GYR023-N-42-2025												
LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
Ciudad Valles	35400003	9	EQ	SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO SIMED, MARCA ACTECK, MODELO PERFORMANCE II G1215 CON FUENTE DE PODER ATX PLUS 500W Limpieza de gabinetes Revisión de tarjetas electrónicas y puertos Actualización de sistema	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	19 000.00	38 000.00
Ciudad Valles	35400003	10	EQ	IMPRESORA , MARCA EPSON Limpieza de gabinete interior y exterior	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	17 600.00	35 200.00
Ciudad Valles	35400003	11	EQ	BRONCOFIBROSCOPIO, MARCA OLYMPUS, MODELO ENF, SERIE 268344 Revisión física del equipo Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca Revisión de boquilla de succión Revisión de perilla de angulación Ajuste de angulación con caja de herramientas especializada Revisión de freno Revisión de válvula de succión Revisión de cuerpo de control Revisión de entrada de canal de trabajo Revisión de conectores cónicos Revisión de tubo de inserción Revisión de tubo universal Revisión de casquillo de entrada de luz Revisión de densidad de fibra de luz Revisión de ocular Revisión de densidad de fibra óptica Revisión de sección flexible Cambio de tubo de inserción Cambio de bending Armado y limpieza con jabón enzimático y kit de limpieza	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	45 000.00	90 000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


10 de Septiembre de 2025, Manzanillo, Jalisco
FEDERICO MAGAÑA RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO
Teléfono 556037961

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

016

A



Grupo Hospitalario OHMED S.A. de C.V.
GH0191128N48

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025
No. DE PRELIMSS: 1
R.F.C.: GH0191128N48 y MARC781006CCL RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: GRUPO HOSPITALARIO OHMED S.A. DE C.V. y MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DOMICILIO: CALLE Y NUMERO 16 DE SEPTIEMBRE #5 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO MUNICIPIO NAUAYALPAN DE JUAREZ, CODIGO POSTAL 53910, ENTIDAD FEDERATIVA ESTADO DE MEXICO
CALLE Y NUMERO QUEBEC #89, COLONIA JARDINES DE MARIA CECILIA, MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, CODIGO POSTAL 78117, ENTIDAD FEDERATIVA SAN LUIS POTOSI
TEL: 556937961 CORREO ELECTRONICO: federico.m74@gmail.com; o.med078@gmail.com

MICRO (X)

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONOMICA"
Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A, y B.

DISTRIBUIDOR (X)

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P., A 7 DE MARZO DE 2025.

PROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025										
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD										
LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025										
LOCALIDAD	CLAVE CUCOP	REGION	UNIDAD	DESCRIPCION EQUIPO Y REFFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS
CIUDAD VALLES	35400003	12	EQ	FUENTE DE LUZ, MARCA OLYMPIUS, MODELO CLK4 Revisión física del equipo. Revisión de interruptor principal de poder. Revisión de indicador de poder. Revisión de cable de alimentación. Revisión de voltaje de salida. Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica. Desarmado de la fuente de luz. Revisión de componentes especializados. Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza. Revisión de conector a endoscopio. Revisión de cable de luz. Revisión de torse de vida de lámpara. Revisión de densidad de luz de lámpara. Revisión de panel de control. Revisión de control de intensidad de luz. Revisión de tubos con multímetro digital. Revisión de tarjeta de control de iluminación. Cambio del lámpara de halógeno. Armado del equipo	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2
										44,000.00
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CMF N° 1										
				VIDEOSOFAGOGASTROSCOPIO DE ALTA DEFINICION, MARCA PENTAX, MODELO EGG-2790, SERIE H110870, INVENTARIO 201680042486						
SAN LUIS POTOSI	35400003	1	EQ	Revisión física del equipo. Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca. Revisión de punta distal. Revisión de densidad de fibra de luz. Revisión de CCD (microcámara). Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsy. Revisión de canal de irrigación. Revisión de tubo de inserción. Revisión de bending. Revisión de líneas y camisas de protección. Revisión de cuerpo de mandos. Revisión de válvula de succión. Revisión de válvula de irrigación. Revisión de mecanismo de regulación up/down. Revisión de mecanismo de regulación left/right. Ajustes de angulaciones con caja de herramientas especializada. Revisión de tubo universal. Revisión de conector. Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio. Revisión de conector de entrada de luz. Cambio de tarjeta electrónica. Cambio de tubo de inserción. Cambio de canal de trabajo. Cambio de bending. Cambio de sección flexible. Cambio de punta de unidad distal. Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2
										76,000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

16 de Septiembre de 2025
Nauayalpan de Juárez, Estado de México
federico.m74@gmail.com Teléfono 556937961

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

017



Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A. y B.

licitación pública con número de procedimiento: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

DISTRIBUIDOR. (X).

PEQUEÑA ()

PEQUEÑA ()



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

MARIA DEL CARMEN MAGAÑA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

018

PROPUESTA
ECONOMICA
PROVEEDOR 2

[Handwritten signature]

A 9/1

7
2
B



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

PROPUESTA ECONÓMICA

ee

"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

ANEXO 03 "PROPUESTA ECONÓMICA"

Formato de la Propuesta Económica, relativo al numeral 4.1.2. Incisos A. y B.

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A 10 DE MARZO DE 2025.

LICITACIÓN PÚBLICA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

No. DE PREI IMSS: 0000160816 FABRICANTE: (). DISTRIBUIDOR: (X).

R.F.C.: MSO 211130 6U4 RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: MEDSCOPE SOLUTIONS S.A DE C.V.

DOMICILIO: CALLE SAN EMETERIO MZ. 650, LT 9 COLONIA SANTA URSULA COAPA, C.P. 04600, COYOACAN, CDMX

TEL.: 55 5461 2669 // 33 1314 7915 CORREO ELECTRÓNICO: medscopesolutions.ventas@gmail.com medscopesolutions.finanzas@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN MIPYMES: MICRO (X) PEQUEÑA () MEDIANA ()

DPROPUESTA ECONOMICA EJERCICIO 2025
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y REFFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD
LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

LOCALIDAD	CLAVE CUCUPO	REGISTRADO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y REFFACCIONES	MAXIMO DE SERVICIOS	FRECUENCIA	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	MINIMO DE SERVICIOS	MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SERVICIOS MAXIMOS SIN IVA
SAN LUIS	3540 0003	1	EQ	TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA MARCA FUJINON GASTROSCOPIO EG-330FP SERIE 1G374K631	2	SEMETRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2		100,000.00

"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".



“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

SAN LUIS POTOSÍ	3540 0003	Revisión física del equipo, Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca, Revisión de punta distal, Revisión de densidad de fibra de luz, Revisión de CCD (microcámara), Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia, Revisión de canal de aire/agua, Revisión de tubo de inserción, Revisión de bending, Revisión de líneas y camisas de angulación, Revisión de cuerpo de mandos, Revisión de botones, Revisión de válvula de succión, Revisión de válvula de aire/agua, Revisión de mecanismo de angulación up/down, Revisión de mecanismo de angulación left/right, Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada, Revisión de tubo universal, Revisión de conector, Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio, Revisión de conector de entrada de luz, Cambio de tubo de tubo universal, Cambio de canal de trabajo, Cambio de tarjeta de video, Cambio de bending, Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza	2	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE	50,000.00	100,000.00
SAN LUIS POTOSÍ	3540 0003	PROCESADOR VP-4450HD SERIE 2V568G124	2	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE	50,000.00	100,000.00
SAN LUIS POTOSÍ	3540 0003	Revisión física del equipo, Revisión de voltaje recibido con voltíamperímetro de gancho, Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica, Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada, Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza, Revisión de indicador de poder, Revisión de bomba de aire, Revisión de estado de conector a endoscopio, Revisión de estado de batería integrada con multímetro digital, Revisión de salidas de video, Revisión de panel de control, Revisión de fusibles con multímetro digital, Revisión de tarjeta de video con osciloscopio, Cambio de tarjeta de poder, Cambio de tarjeta de video Armado del equipo	2	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE	20,000.00	40,000.00
SAN LUIS POTOSÍ	3540 0003	FUENTE DE LUZ XL-4450 SERIE 2S095G342	2	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE	20,000.00	40,000.00
SAN LUIS POTOSÍ	3540 0003	Revisión física del equipo, Revisión de interruptor principal de poder, Revisión de voltaje recibido con voltíamperímetro de gancho, Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica, Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada, Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza, Revisión de estado de conector a endoscopio, Revisión de salida de luz, Revisión de horas de vida de lámpara, Revisión de densidad de luz de lámpara, Revisión de estado de batería integrada con multímetro digital, Revisión de controles de intensidad de luz, Revisión de fusibles con multímetro digital, Revisión de tarjeta de control de iluminación, Cambio de lámpara de xenón Armado del equipo	2	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE	7,500.00	15,000.00
SAN LUIS POTOSÍ	3540 0003	MONITOR GRADO MEDICO, MARCA BARCO, MODELO RF-TVMCPT01V2MX, SERIE 14K15B	2	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE	7,500.00	15,000.00

"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".




PROOFS

7

75

22



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

SAN LUIS POTOSÍ	3540 0003	Revisión física del equipo, Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca, Revisión de punta distal, Revisión de densidad de fibra de luz, Revisión de CCD (microcámara), Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia, Revisión de canal de aire/agua, Revisión de tubo de inserción, Revisión de bending, Revisión de líneas y camisas de angulación, Revisión de cuerpo de mandos, Revisión de botones, Revisión de válvula de succión, Revisión de válvula de aire/agua, Revisión de mecanismo de angulación up/down, Revisión de mecanismo de angulación left/right, Revisión de mecanismo de elevador, Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada, Revisión de tubo universal, Revisión de conector, Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio, Revisión de bending, Cambio de canal de trabajo, Cambio de CCD, Cambio de tarjeta de video, Cambio de canal de trabajo, Cambio de sección flexible, Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza	SEMETRAL	JUNIO	DICIEMBRE	50,000.00	100,000.00
SAN LUIS POTOSÍ	3540 0003	Revisión física del equipo, Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca, Revisión de punta distal, Revisión de densidad de fibra de luz, Revisión de CCD (microcámara), Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia, Revisión de canal de aire/agua, Revisión de tubo de inserción, Revisión de bending, Revisión de líneas y camisas de angulación, Revisión de cuerpo de mandos, Revisión de botones, Revisión de válvula de succión, Revisión de válvula de aire/agua, Revisión de mecanismo de angulación up/down, Revisión de mecanismo de angulación left/right, Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada, Revisión de conector, Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio, Revisión de bending, Cambio de tubo universal con conector a procesador, Cambio de bending, Cambio de canal de trabajo, Cambio de sección flexible, Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza	SEMETRAL	JUNIO	DICIEMBRE	50,000.00	100,000.00
COLONOSCOPIO EC-3872TLK N/S A110402			2			2	2
MONITOR SONY LMD-1530MD N/S 3001032			4	EQ			

"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

SAN LUIS POTO SI	3540 0003		Revisión general del equipo,Revisión de conexiones de entrada Revisión de calidad de imagen,Revisión de carcasa del equipo Revisión de cables de alimentación eléctrica con voltíamperímetro de gancho,Revisión de puertos ,Limpieza general del equipo con kit de limpieza.	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE		7,500.00	15,000.00
SAN LUIS POTO SI	3540 0003	5 EQ	BRONCOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ,MARCA : PENTAX MODELO: FB-15X SERIE:B11230 Revisión física del equipo,Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca,Revisión de boquilla de succión, Revisión de perilla de angulación,Ajuste de angulación con caja de herramientas especializada,Revisión de freno,Revisión de válvula de succión,Revisión de cuerpo de control,Revisión de entrada de canal de trabajo,Revisión de conectores cónicos,Revisión de tubo de inserción,Revisión de tubo universal,Revisión de conector de entrada de luz,Revisión de densidad de fibra de luz,Revisión de ocular,Revisión de densidad de fibra óptica,Revisión de sección flexible Cambio de tubo de insercción Cambio de canal de trabajo Cambio de de perilla de control de mandos Cambio de limpieza con jabón enzimático y kit de limpieza	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE	1 2	47,500.0 0	95,000.00
SAN LUIS POTO SI	3540 0003	6 EQ	FUENTE DE LUZ, MARCA: PENTAX MODELO: LH-150SERIE: UA82299 Revisión física del equipo,Revisión de interruptor principal de poder Revisión de indicador de poder, Revisión de cables de alimentación eléctrica con voltíamperímetro de gancho,Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica,Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada,Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza,Revisión de conector a endoscopio,Revisión de salida de luz,Revisión de densidad de luz de lámpara,Revisión de panel de control,Revisión de funcionamiento de controles de intensidad de luz,Revisión de fusibles con multímetro digital,Revisión de tarjeta de control de iluminación con multímetro digital Cambio de lámpara de xenon Cambio de banco de conexiones Armado del equipo	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE	1 2	20,000.0 0	40,000.00
SAN LUIS POTO SI	3540 0003	7 EQ.	VIDEOESOFAGOGASTROSCOPIO, MARCA PENTAX, MODELO EG-27901, SERIE H110795	SEMES TRAL	JUNIO	DICIE MBRE	1 2		100,000.00

"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".



"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025"



“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

HGZ # 6 VALLES

CIUDA D VALLE S	3540 0003	1	EQ	CISTOSCOPIO RÍGIDO PARA ESTUDIO MARCA ACMI SERIE:27942/08B COMPONENTES:TELESCOPIO AUTOCCLAVABLE 2.7MM, 30 GRADOS, ROJO, CAMISA Y OBTURADOR ESTÁNDAR 13.5FR., PUENTE ALBARRAN, UNA VÍA DE 13 FR 0344 FUENTE DE LUZ 300 WATTS XENON LIGTH SOURCE SERIE:05M1834D784 (279421085) Lente:Revisión de tubo de la vaina,Revisión de cono de cierre Revisión de adaptador (según sea el caso),Revisión de ocular cónico Revisión de densidad de luz,Revisión de soporte para el ocular cónico de la vaina,Revisión de ocular cónico enchufable Cambio de punta 30° Cambio de ocular principal Fuente de luz: Revisión física del equipo,Revisión de interruptor principal de poder,Revisión de indicador de poder,Revisión de cable de alimentación eléctrica con voltíamperímetro de gancho,Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica,Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada,Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza,Revisión de conector a endoscopio,Revisión de salida de luz,Revisión de horas de vida de lámpara,Revisión de densidad de luz de lámpara,Revisión de panel de control,Revisión de controles de intensidad de luz,Revisión de fusibles con multímetro digital,Revisión de tarjeta de control de iluminación de lámpara Cambio Cambio de tarjeta de control de intensidad de luz Armado del equipo	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	50,000.00	100,000.00
CIUDA D VALLE S	3540 0003	2	EQ	ENDOSCOPIO/PANENDOFIBROSCOPIO MARCA: OLYMPUS MOD. GIF-E, SERIE 2218827 FUENTE DE LUZ MOD CLE-E SERIE 7012965,LAMPARA DE HALOGENO DE 150 WATTS	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	50,000.00	100,000.00

"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".

Handwritten signature and initials.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

	CIUDA D VALLE S	3540 0003	3	EQ	URETO-CISTOSCOPIO/PARA EXPLORACION URETRAL	MARCA: KARL STORZ EQUIPO PORTATIL RIGIDO DE FIBRA OPTICA, FUENTE DE LUZ FRIA HALOGENO 250WATTS, VIDEOGRABADORA VHS NTSC SERIE:0010178EO,VIDEO IMPRESORA A COLOR UPC-2010 SERIE:20910, CAMARA DE 1 CHIP CCD CON>450 LINEAS DE RESOLUCION SERIE:AH036895-P ADAPTADOR DE CAMARA A ENDOSCOPIO SERIE:MIH038328/KIAD12939	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	1	2	50,000.00	100,000.00						

Handwritten signature.

"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".



"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025"




"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REAFICCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".



A 9/16

A 9/16

A 9/16



“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025”.



Handwritten signature

Handwritten signature

910016



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

Ciudad	3540	Revisión física del equipo, Revisión de interruptor principal de poder, Revisión de indicador de poder, Revisión de cable de alimentación eléctrica con voltímetro de gancho, Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad de seguridad eléctrica, Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada, Revisión y limpieza de cubiertas con kit de limpieza, Revisión de conector a endoscopio, Revisión de salida de luz, Revisión de horas de vida de lámpara, Revisión de densidad de luz de lámpara, Revisión de panel de control, Revisión de controles de intensidad de luz, Revisión de fusibles con multímetro digital, Revisión de tarjeta de control de iluminación	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	15,000.00	30,000.00
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CIMEF N° 1							
SAN LUIS POTOSÍ	3540 0003	VIDEOESOFAGOGASTROSCOPIO DE ALTA DEFINICION, MARCA PENTAX, MODELO EG-2790i, SERIE H110870, INVENTARIO 201680042486	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	40,000.00
		Revisión física del equipo, Prueba de fugas con probador de fugas con conexiones según marca, Revisión de punta distal, Revisión de densidad de fibra de luz, Revisión de CCD (microcámara), Revisión de canal de trabajo con pinza de biopsia, Revisión de canal de aire/agua, Revisión de tubo de inserción, Revisión de bending, Revisión de líneas y camisas de angulación, Revisión de cuerpo de mandos, Revisión de botones, Revisión de válvula de succión, Revisión de válvula de aire/agua, Revisión de mecanismo de angulación up/down, Revisión de mecanismo de angulación left/right, Ajuste de angulaciones con caja de herramientas especializada, Revisión de tubo universal, Revisión de conector, Revisión de tarjeta electrónica con osciloscopio, Revisión de conector de entrada de luz, Cambio de tarjeta electrónica, Cambio de tubo de inserción, Cambio de canal de trabajo, Cambio de bending, Cambio de sección flexible, Cambio de punta de unidad distal, Armado y limpieza general del equipo con jabón enzimático y kit de limpieza	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	80,000.00
SAN LUIS	3540 0003	VIDEOENDOSCOPIO DE ALTA RESOLUCION, MARCA PENTAX, MODELO ED-3490TK, SERIE H110951	2	SEMESTRAL	JUNIO	DICIEMBRE	80,000.00

"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".



“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025”.

REF0018



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-50-GYR-050GYR023-N-42-2025

POTO SI	Revisión física del equipo, Revisión de interruptor principal de poder, Revisión de indicador de poder, Revisión de cable de alimentación eléctrica con voltíamperímetro de gancho, Revisión de seguridad eléctrica con analizador de seguridad eléctrica, Desarmado de cubiertas con caja de herramientas especializada, Limpieza de cubiertas con kit de limpieza, Revisión de conector a endoscopio, Revisión de salida de luz, Revisión de bomba de aire, Revisión de horas de vida de lámpara, Revisión de densidad de luz de lámpara, Revisión de panel de control, Revisión de salidas de video, Revisión de estado de batería integrada, Revisión de controles de intensidad de luz, Revisión de tarjeta de video con osciloscopio, Revisión de fusibles con multímetro digital, Revisión de tarjeta de control de iluminación con multímetro digital, Cambio de lámpara Cambio de tarjeta de video Armado del equipo	15,000.00							
------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL : \$ 2,451,000.00

I.V.A. : \$ 392,160.00

TOTAL : \$ 2,843,160.00

TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRA CON I.V.A.

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 100/M.N.

SE ESTABLECE QUE TANTO LOS IMPORTES PARCIALES COMO EL IMPORTE TOTAL SERÁN UTILIZADOS POR LA CONVOCANTE PARA DETERMINAR EL LICITANTE GANADOR, YA QUE EL ALCANCE DEL CONTRATO A FIRMAR ESTÁ DEFINIDO POR LOS MONTOS MÍNIMO Y MÁXIMO Y POR LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONTRATAN.

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LOS BIENES O SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR EL IMSS Y QUE SE SEÑALA EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" DE ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MÍ REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA.

Atentamente

Mariana Alverdi Cuevas
Representante legal de
Medscope Solutions S.A de C.V.

"SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA INCLUYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS REFACCIONES CONSIDERANDO LAS DE ALTA ESPECIALIDAD, EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 Y 2, HOSPITALES GENERALES DE ZONA 6 Y 50, RÉGIMEN ORDINARIO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2025".