



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **03 DE ABRIL DE 2025**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO **LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)**, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, **28 FRACCIÓN II**, 29, 33, 33 BIS, 37 BIS, 47, 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 40, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL **NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN,-----

EL ACTO ES PRESIDIDO POR LA **MTRA. MARISOL MIER CASTILLO**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO **259001710100/70/0975**.-----

DESARROLLO DEL EVENTO:-----

EL PRESIDENTE DEL ACTO, ES ASISTIDO POR REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, LA **LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL **LA. J. BULMARO SEGURA FLORES**, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EL **LIC. MIGUEL ANGEL LARA HERNANDEZ** SUPERVISOR DE PROYECTOS E2, QUIENES DARÁN RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO; EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE DE LA **JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES ECONOMICAS**, SE PRESENTA, LA **IB. DANIELA BERENICE CASTRO RIOS** QUIEN DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO, POR PARTE DEL ÁREA **JURÍDICA** NO SE PRESENTA, QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/0368/2025 Y EL REPRESENTANTE DEL **ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES** NO SE PRESENTA, QUIEN FUE INVITADO CON OFICIO NÚMERO 259001150100/ADQ/0369/2025.-----

EL PRESIDENTE DEL ACTO DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALANDO QUE EL **02 DE ABRIL DE 2025** **SI SE RECIBIERON PREGUNTAS** EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY, SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y ESCRITOS DE INTERES EN PARTICIPAR A TRAVES DE COMPRANET, DEL CUAL SE AGREGA REPORTE DEL SISTEMA COMPRANET EN EL **ANEXO 1 (UNO)**.-----

No.	LICITANTES REGISTRADOS	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
1	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	SI	
2	IDEM MEDICAL SA DE CV		
3	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	SI	22
4	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV		
TOTAL DE PREGUNTAS RECIBIDAS			22

HECHO QUE SE HIZO CONSTAR EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO.-----

SE REALIZA(N) LA(S) SIGUIENTE(S) PRECISIÓN(ES) A ESTA CONVOCATORIA.-----

PRECISIÓN 1 ÁREA CONVOCANTE:

SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN
DICE: 3.2. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS Los licitantes como requisito indispensable para poder participar en este evento licitatorio, deberán presentar Una muestra por cada una de las claves a ofertar y una muestra de cada tipo de impresora en la cual se utilizarán las muestras que presente, de acuerdo a lo especificado en el Anexo 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" , así como en el Anexo 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" de esta convocatoria, mismas que se presentarán físicamente en el día y horario señalado conforme a lo citado a continuación, tomando en consideración que	DICE: 3.2. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS Los licitantes como requisito indispensable para poder participar en este evento licitatorio, deberán presentar Una muestra por cada una de las claves a ofertar de acuerdo a lo especificado en el Anexo 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO" , así como en el Anexo 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" de esta convocatoria, mismas que se presentarán físicamente en el día y horario señalado conforme a lo citado a continuación, tomando en consideración que en caso de existir discrepancia entre las muestras físicas presentadas y la





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

UNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

PRECISIÓN 1 ÁREA CONVOCANTE:

SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN
en caso de existir discrepancia entre las muestras físicas presentadas y la relación de las muestras incluida en su proposición electrónica, se estará conforme a las muestras recibidas físicamente el día y la hora señalados en la convocatoria. Las muestras presentadas serán utilizadas para corroborar físicamente las características técnicas de los bienes ofertados, en lo referente a concordancia de medidas, diseño, color, terminado e impresión, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en la presente Convocatoria, así como para verificar que el licitante adjudicado entregue los bienes con las mismas características propuestas. Esta Convocante no aceptará que el licitante oferte más de un consumible de tóner y de equipo de impresión por perfil propuesto (ofertado), debiendo en todos los casos, ser compatibles al 100%. Las muestras deben entregarse debidamente identificadas mediante etiqueta adherible fuera del empaque original y/o envase primario indicando: Razón Social del Licitante, número de la licitación, número de partida/clave que respalda, marca y procedencia, conforme a lo indicado en el Anexo 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO", así como en el Anexo 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" de la Convocatoria. Esta etiqueta no deberá tapar leyendas y/o especificaciones técnicas del fabricante, tales como marca y procedencia del bien, en caso de hacerlo se entenderá que el licitante trata de ocultar inconsistencias en su propuesta presentada, procediendo en estos casos al desechamiento de la oferta presentada para la clave correspondiente. No se aceptarán muestras representativas amparando dos o más partidas y claves propuestas, en estos casos se desecharán las propuestas de las partidas y claves que amparan dicha muestra. El licitante deberá enviar en hoja membretada, escrito (relación) en donde se enlisten las muestras presentadas físicamente en el día y horario señalado por este numeral, indicando: el número de licitación, partida/clave (Perfil), descripción, fabricante, marca y procedencia propuesta, que servirá como comprobante de entrega de muestras. Para las partidas/claves (Perfil) que requieren equipo de impresión en comodato, deberán relacionar el equipo de impresión en comodato con la partida/clave del cartucho de tóner al que corresponde según su compatibilidad. La falta de este documento en dichos términos y que no se haya(n) entregado las muestra(s) ofertadas es motivo de descalificación de las propuestas técnicas de aquellas partidas y claves que no reúnan cualquiera de estos requisitos. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS FUERA DE LA FECHA Y HORARIO DEFINIDOS EN EL PRESENTE NUMERAL. 3.2.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. La verificación de las características técnicas solicitadas y propuestas se realizará	relación de las muestras incluida en su proposición electrónica, se estará conforme a las muestras recibidas físicamente el día y la hora señalados en la convocatoria. Las muestras presentadas serán utilizadas para corroborar físicamente las características técnicas de los bienes ofertados, en lo referente a concordancia de medidas, diseño, color, terminado e impresión, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en la presente Convocatoria, así como para verificar que el licitante adjudicado entregue los bienes con las mismas características propuestas. Las muestras deben entregarse debidamente identificadas mediante etiqueta adherible fuera del empaque original y/o envase primario indicando: Razón Social del Licitante, número de la licitación, número de partida/clave que respalda, marca y procedencia, conforme a lo indicado en el Anexo 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO", así como en el Anexo 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" de la Convocatoria. Esta etiqueta no deberá tapar leyendas y/o especificaciones técnicas del fabricante, tales como marca y procedencia del bien, en caso de hacerlo se entenderá que el licitante trata de ocultar inconsistencias en su propuesta presentada, procediendo en estos casos al desechamiento de la oferta presentada para la clave correspondiente. No se aceptarán muestras representativas amparando dos o más partidas y claves propuestas, en estos casos se desecharán las propuestas de las partidas y claves que amparan dicha muestra. El licitante deberá enviar en hoja membretada, escrito (relación) en donde se enlisten las muestras presentadas físicamente en el día y horario señalado por este numeral, indicando: el número de licitación, partida/clave, descripción, fabricante, marca y procedencia propuesta, que servirá como comprobante de entrega de muestras. NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS FUERA DE LA FECHA Y HORARIO DEFINIDOS EN EL PRESENTE NUMERAL. 3.2.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. La verificación de las características técnicas solicitadas y propuestas se





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

PRECISIÓN 1 ÁREA CONVOCANTE:

SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN
con la documentación de su propuesta técnica enviada por el Licitante para el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, así como con la verificación física y visual de las muestras presentadas como parte de su propuesta técnica. Dentro de la verificación visual se validará que los bienes ofertados cumplan cabalmente con el requerimiento arriba señalado mediante el Perfil 1 y perfil 2, las características de los equipos de impresión propuestos, lo anterior de acuerdo con lo requerido en el anexo Requerimiento, así como que las impresoras presentadas y los cartuchos nuevos de Tóner propuestos cumplan con las normas ISO/IEC 19752, en cuanto a rendimiento de los cartuchos. El IMSS comprobará el cumplimiento de las características indicadas en el Anexo 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO", así como en el Anexo 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" la cual deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a la verificación física del bien muestra incluidos en su propuesta, los cuales deberán contener el 100% de las características solicitadas.	realizará con la documentación de su propuesta técnica enviada por el Licitante para el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, así como con la verificación física y visual de las muestras presentadas como parte de su propuesta técnica. Dentro de la verificación visual se validará que los bienes ofertados cumplan cabalmente con el requerimiento arriba señalado. El IMSS comprobará el cumplimiento de las características indicadas en el Anexo 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO", así como en el Anexo 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" la cual deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a la verificación física del bien muestra incluidos en su propuesta, los cuales deberán contener el 100% de las características solicitadas.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASI COMO LA RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE Y AREA TECNICA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
750040	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.2 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS	NUMERAL 3.2 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DICE: LOS LICITANTES COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE EVENTO LICITATORIO, DEBERÁN PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA UNA DE LAS CLAVES A OFERTAR Y UNA MUESTRA DE CADA TIPO DE IMPRESORA EN LA CUAL SE UTILIZARÁN LAS MUESTRAS QUE PRESENTE, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO", ASÍ COMO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" DE ESTA CONVOCATORIA, MISMAS QUE SE PRESENTARÁN FÍSICAMENTE EN EL DÍA Y HORARIO SEÑALADO CONFORME A LO CITADO A CONTINUACIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE LAS MUESTRAS FÍSICAS PRESENTADAS Y LA RELACIÓN DE LAS MUESTRAS INCLUIDA EN SU PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA, SE ESTARÁ CONFORME A LAS MUESTRAS RECIBIDAS FÍSICAMENTE EL DÍA Y LA HORA SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LAS MUESTRAS A LAS QUE SE REFIERE EN ESTE NUMERAL SON LAS DEL ANEXO 1 REQUERIMIENTO Y NO ES NECESARIO LA MUESTRA DE LA IMPRESORA, TODA VEZ QUE, EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES DEL QUE SE ENLISTA EN EL REQUERIMIENTO ANEXO 1. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LAS MUESTRAS SOLICITADAS REFIEREN A RENGLONES DEL 1-15 DEL "REQUERIMIENTO.- Descripción amplia y detallada de los bienes" de la presente CONVOCATORIA, DICHAS MUESTRAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE DEBIENDO CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO. SE REALIZA LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE, FAVOR DE APEGARSE A LA PRECISIÓN PRIMERA DE LA CONVOCANTE.
750041	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.2 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS	NUMERAL 3.2 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, FAVOR DE ACLARAR CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA REQUERIDA. FAVOR DE ACLARAR	ESTA PREGUNTA SE RESPONDE CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SE REALIZA LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE, FAVOR DE APEGARSE A LA PRECISIÓN PRIMERA DE LA CONVOCANTE.
750042	INNOVACION	LEGAL -	NUMERAL 3.2	NUMERAL 3.2 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE	





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

UNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL)

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
	MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ADMINISTRATI VA	PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS	MUESTRAS DICE: LOS LICITANTES COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE EVENTO LICITATORIO, DEBERÁN PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA UNA DE LAS CLAVES A OFERTAR Y UNA MUESTRA DE CADA TIPO DE IMPRESORA EN LA CUAL SE UTILIZARÁN LAS MUESTRAS QUE PRESENTE, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO", ASÍ COMO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" DE ESTA CONVOCATORIA, MISMAS QUE SE PRESENTARÁN FÍSICAMENTE EN EL DÍA Y HORARIO SEÑALADO CONFORME A LO CITADO A CONTINUACIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE LAS MUESTRAS FÍSICAS PRESENTADAS Y LA RELACIÓN DE LAS MUESTRAS INCLUIDA EN SU PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA, SE ESTARÁ CONFORME A LAS MUESTRAS RECIBIDAS FÍSICAMENTE EL DÍA Y LA HORA SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE UNA PIEZA POR CADA PARTIDA QUE SE OFERTE Y/O NOS PERMITA PRESENTAR LA CAJA DEL BIEN CON UNA PIEZA REPRESENTATIVA DE CADA PARTIDA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE REALIZA LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE, FAVOR DE APEGARSE A LA PRECISIÓN PRIMERA DE LA CONVOCANTE. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR UNA MUESTRA POR CLAVE SOLICITADA RENGLONES 1 AL 15, DICHAS MUESTRAS SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE DEBIENDO CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO.
750043	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATI VA	NUMERAL 3.2 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS	NUMERAL 3.2 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DICE: LOS LICITANTES COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE EVENTO LICITATORIO, DEBERÁN PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA UNA DE LAS CLAVES A OFERTAR Y UNA MUESTRA DE CADA TIPO DE IMPRESORA EN LA CUAL SE UTILIZARÁN LAS MUESTRAS QUE PRESENTE, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO 1 "REQUERIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO", ASÍ COMO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" DE ESTA CONVOCATORIA, MISMAS QUE SE PRESENTARÁN FÍSICAMENTE EN EL DÍA Y HORARIO SEÑALADO CONFORME A LO CITADO A CONTINUACIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE LAS MUESTRAS FÍSICAS PRESENTADAS Y LA RELACIÓN DE LAS MUESTRAS INCLUIDA EN SU PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA, SE ESTARÁ CONFORME A LAS MUESTRAS RECIBIDAS FÍSICAMENTE EL DÍA Y LA HORA SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, AL SER UNA INVERSIÓN CONSIDERABLE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR MI REPRESENTADA SEAN DE CARÁCTER DEVOLUTIVO Y/O EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN, ESTAS SEAN CONSIDERADAS COMO PARTE DE LA ENTREGA QUE SE REALIZARÁ. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE REALIZA LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE, FAVOR DE APEGARSE A LA PRECISIÓN PRIMERA DE LA CONVOCANTE. ASÍ LA MUESTRA QUE SE ENTREGUE SE SOMETERÁ A EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, MISMA QUE DEBERA GUARDAR CONGRUENCIA Y COREESPONDENCIA CON SU OFERTA TÉCNICA. PARA LOS CASOS EN QUE SE DESECHE LA PROPUESTA TÉCNICA, SERÁ DE CARÁCTER DEVOLUTIVO, PRESENTANDO EL ACUSE DONDE SE ENTREGO LA MUESTRA APARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO EN COMPRANET. Y EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LA MUESTRA NO SERÁ TOMADA COMO PARTE DE LAS CANTIDADES REQUERIDAS DENTRO LA PRESENTE LICITACIÓN, YA QUE ES UNA MUESTRA QUE SERA TOMADA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA SOLAMENTE.
750044	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATI VA	NUMERAL 3.4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	NUMERAL 3.4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMRPE QUE INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	
750045	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA INCISO R) FRACCIÓN II. OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	CON RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS, ESTA DEBE SER CON FECHA DE EXPEDICIÓN A NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, COMO SE PRECISA EN LA CONVOCATORIA.
750046	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA INCISO R) FRACCIÓN III. TENIENDO EN CUENTA QUE EL SISTEMA DE INFONAVIT YA NO GENERA CONSTANCIAS DE FORMA DIARIA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁ VÁLIDA LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE INFONAVIT CON UNA FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	"OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO POSITIVA Y VIGENTE EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS" EXPEDIDA POR EL INFONAVIT, ESTA ÚLTIMA DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS" PUBLICADO EN LA CUARTA SECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL EL 28 DE JUNIO DE 2017, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF), LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL INCISO J) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 39 DEL RLAAASP, ASÍ COMO EL NUMERAL 4.19 DE LAS POBALINES.
750047	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO SE ENTIENDE EL EQUIPO A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO DEBE DE CONTAR CON GENERADOR DE FLUJO Y MEZCLADOR DE AIRE/ OXÍGENO INTEGRADO, PARA SER EMPLEADO CON LOS CONSUMIBLES CLAVE SAI: 379.200.4057.00.00, 379.171.3591.00.00, 379.171.3609.00.00, 379.171.3617.00.00, 379.171.3690.00.00, 379.171.3708.00.00 Y 379.200.4065.00.00, PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS CON EL EQUIPO A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
750048	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO DE LAS CLAVES SAI 379. 200. 4057. 00. 00 Y 379.200.4065.00.00, ACORDE A LAS DESCRIPCIONES DE LAS CLAVES SAI SOLICITADAS, SE ENTIENDE QUE EL CIRCUITO DEBE DE CONTAR CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
750049	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO DE ACUERDO CON LO QUE DICTA LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA SALUD: PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ES NECESARIO QUE CUENTEN CON CLAVE DEL CATÁLOGO SAI. DONDE DEBE DE ESTAR PREVIAMENTE INCLUIDO EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD QUE SON SELECCIONADOS POR SU EFICACIA Y SEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD BAJO CRITERIOS ESTABLECIDOS EN PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				SE ENTIENDE QUE DEBEN DE OFERTARSE CONSUMIBLES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL CATÁLOGO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA PODER SER ADQUIRIDAS POR EL INSTITUTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
750050	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO DE LA CLAVE SAI: 379. 817. 0282. 00. 00, SE ENTIENDE EL SISTEMA CPAP DE BURBUJA A OFERTAR DEBE DE INCLUIR TUBULADURA DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O PARA EL CONTROL DE LA PRESIÓN ADMINISTRADA AL PACIENTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
750051	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI DEBEN DE OFERTARSE CONSUMIBLES QUE CUMPLAN CABALMENTE CON LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADAS EN LAS CLAVES SAI ESPECÍFICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU ARTÍCULO DEBIENDO CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SOLICITADOS PARA TODAS LAS PARTIDAS DEL "REQUERIMIENTO.- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES DE LOS RENGONES DEL 1 AL 15", MISMO QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE
750052	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO DEBE DE SER CAPAZ DE ADMINISTRAR UN FLUJO VARIABLE MAYOR O IGUAL DE 60 LITROS POR MINUTO, PARA SATISFACER LOS RANGOS DE FLUJO SOLICITADOS EN LAS CLAVES SAI: 379.171.3609.00.00 Y 379.171.3617.00.00, CON LAS CUALES SERÁ EMPLEADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO, LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN DICHO ANEXO.
750053	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR QUE EL EQUIPO A OFERTAR TENGA UN PESO DE 2.2 KG PARA FACILITAR EL TRASLADO DENTRO DE LA UNIDAD MÉDICA Y COMODIDAD DEL MÉDICO Y PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	PARA EL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE ACEPTA OFERTAR "UN PESO DE 2.2 KG PARA EL EQUIPO A COMODATO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO.
750054	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. DEL PUNTO: "CON DISPOSITIVO HUMIDIFICADOR TERMORREGULADOR ENTRE 34 A 37 °C, QUE INCLUYA SIN EXCEPCIÓN SENSORES DE TEMPERATURA Y CABLES CALEFACTORES." ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO NO DEBERÁ DE PROPORCIONAR MAS DE 37°C PARA EVITAR UN DAÑO EN LA MUCOSA POR ALTAS TEMPERATURAS?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS DE RANGOS SOLICITADOS DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO, DEL PUNTO "CON DISPOSITIVO HUMIDIFICADOR TERMORREGULADOR ENTRE 34 A 37 °C, QUE INCLUYA SIN EXCEPCIÓN SENSORES DE TEMPERATURA Y CABLES CALEFACTORES"
750055	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. DEL PUNTO: "CON DISPOSITIVO HUMIDIFICADOR TERMORREGULADOR ENTRE 34 A 37 °C, QUE INCLUYA SIN EXCEPCIÓN SENSORES DE TEMPERATURA Y CABLES CALEFACTORES." EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS CLAVES SOLICITADAS: 379. 200. 4057. 00. 00 Y	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				379.200.4065.00.00, PARA SER USADAS CON EL EQUIPO PARA ALTO FLUJO ADULTO/PEDIÁTRICO, CUENTAN CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADOS, NO DEBERÁ DE CONTAR EL EQUIPO CON ESTOS CABLES DE MANERA EXTERNA, ¿ES CORRECTO?	
750056	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. DEL PUNTO "LOS CONECTORES DE AIRE MÉDICO Y OXIGENO DEBEN DE SER COMPATIBLES CON ENTRADAS DE GASES MEDICINALES DE LOS HOSPITALES HGZ 1 Y HGZ 2." EN EL ENTENDIDO QUE, ACORDE A QUE LAS DESCRIPCIONES DE LAS CLAVES SAI SOLICITADAS, HACEN REFERENCIA, A QUE SERÁN USADAS CON GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO, ES DECIR, QUE NO REQUIERE CONEXIÓN A TOMAR MURAL DE AIRE EXTERNO, CON LAS CUALES SON COMPATIBLES, NO DEBERÁ DE OFERTARSE CONECTOR DE AIRE MÉDICO, AL NO SER REQUERIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA EL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. DEL PUNTO: "LOS CONECTORES DE AIRE MÉDICO Y OXIGENO DEBEN SER COMPATIBLES CON ENTRADAS DE GASES MEDICINALES DE LOS HOSPITALES HGZ 1, HGZ 2 Y HGZ 6" Y QUE A SU VEZ SERÁN USADAS CON GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO, POR LO QUE NO REQUIERE CONEXIÓN A TOMA MURAL DE AIRE EXTERNO, Y A SU VEZ NO DEBERÁ DE OFERTARSE CONECTOR DE AIRE MÉDICO
750057	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL. SE ENTIENDE QUE A SU VEZ DEBE DE PROPORCIONAR DE MANERA ALTERNA TERAPIA DE CPAP DE BURBUJA, PARA USO CON LAS PARTIDAS NO. 8 A LA NO. 15, ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA EL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL, SE ACEPTA OFERTAR "PROPORCIONAR DE MANERA ALTERNA TERAPIA DE CPAP DE BURBUJA, PARA USO DE LAS CLAVES SOLICITADAS DE LOS RENGLOES 8-15", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
750058	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON CONTROL DE HUMEDAD Y LA TEMPERATURA SE CONTROLE DE MANERA INDEPENDIENTE EN LA CÁMARA Y EN EL CIRCUITO RESPIRATORIO, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR UNA ADMINISTRACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA Y REDUCIR AL MÍNIMO LA CONDENSACIÓN EN EL CIRCUITO RESPIRATORIO. ¿SE ACEPTA?	PARA EL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SI SE ACEPTA OFERTAR "CON CONTROL DE HUMEDAD Y LA TEMPERATURA SE CONTROLE DE MANERA INDEPENDIENTE EN LA CÁMARA Y EN EL CIRCUITO RESPIRATORIO, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR UNA ADMINISTRACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA Y REDUCIR AL MÍNIMO LA CONDENSACIÓN EN EL CIRCUITO RESPIRATORIO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
750059	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON ADAPTACIÓN INTELIGENTE AL AMBIENTE, LO ANTERIOR PARA MANTENER UNA HUMEDAD ÓPTIMA A LO LARGO DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE CONDICIONES AMBIENTALES. ¿SE ACEPTA?	PARA EL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SI SE ACEPTA OFERTAR "QUE EL EQUIPO CUENTA CON ADAPTACIÓN INTELIGENTE AL AMBIENTE, LO ANTERIOR PARA MANTENER UNA HUMEDAD ÓPTIMA A LO LARGO DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE CONDICIONES AMBIENTALES, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
750060	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL. ¿ES CORRECTO ENTENDER LA TECNOLOGÍA A OFERTAR DEBE DE SER CAPAZ DE OPERAR EN MODO DE CONTROL DE HUMIDIFICACIÓN ÓPTIMA: 37 GRADOS CENTÍGRADOS, 44 MG/L Y HUMEDAD RELATIVA DEL 100%?	PARA EL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "QUE LA TECNOLOGÍA DEBE DE SER CAPAZ DE OPERAR EN MODO DE CONTROL DE HUMIDIFICACIÓN ÓPTIMA: 37 GRADOS CENTÍGRADOS, 44 MG/L Y HUMEDAD RELATIVA DEL 100%", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
750061	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 01 DEL REQUERIMIENTO, ANEXO TÉCNICO	DEL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON MODO NO INVASIVO Y MANEJE TEMPERATURAS EN LA SALIDA DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE 31-36 GRADOS CENTÍGRADOS, Y EN LAS VÍAS ÁREA DE 28-34 GRADOS CENTÍGRADOS, LO ANTERIOR PARA BRINDAR HUMIDIFICACIÓN Y TEMPERATURAS ÓPTIMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	PARA EL ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO EN COMODATO PARA ALTO FLUJO NEONATAL, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SÍ SE ACEPTA OFERTAR "QUE EL EQUIPO CUENTE CON MODO NO INVASIVO Y MANEJE TEMPERATURAS EN LA SALIDA DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE 31-36 GRADOS CENTÍGRADOS, Y EN LAS VÍAS ÁREA DE 28-34 GRADOS CENTÍGRADOS, LO ANTERIOR PARA BRINDAR HUMIDIFICACIÓN Y TEMPERATURAS ÓPTIMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA

LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS, QUE CUENTAN CON UN **PLAZO DE 06 HORAS** PARA FORMULAR Y ENVIAR POR COMPRANET, DE LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS, MISMAS A LAS QUE SE LE DARÁN CONTESTACIÓN EL DÍA **04 DE ABRIL DE 2025 A LAS 11:00 HORAS**. LO ANTERIOR POR TRATARSE DE UNA **licitación pública**, EN SU MODALIDAD ELECTRÓNICA, EN EL SISTEMA COMPRANET, PARA QUE POSTERIORMENTE SE DE **CONTINUIDAD CON LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO **46 FRACCIÓN II** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO **33** DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.-----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO **26 DÉCIMO PÁRRAFO** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE HACE CONSTAR QUE A ESTE ACTO **NO** ASISTIÓ NINGUNA PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ASISTIR COMO OBSERVADOR.-----

CIERRE DEL ACTA.-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS **37 BIS** DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO COPIA DE ESTA ACTA, EN LOS ESTRADOS DE NOTIFICACIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO **26 BIS FRACCIÓN I**, EN LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL)

AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107 - 111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, EN UN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 16:00 HORAS, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 49 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADO EL INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS 15:20 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE 09 (NUEVE) PÁGINAS Y 02 (DOS) PÁGINAS DE ANEXOS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

SERVIDOR PUBLICO	FIRMA
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
L.A. J. BULMARO SEGURA FLORES JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. MIGUEL ANGEL LARA HERNÁNDEZ SUPERVISOR DE PROYECTOS E2 OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
IB. DANIELA BERENICE CASTRO RIOS REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES ECONOMICAS	
REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS	NO SE PRESENTO SE INVITO CON OFICIO NO. 259001150100/ADQ/0368/2025
REPRESENTANTE DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PUBLICA, ÁREA DE QUEJAS DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	NO SE PRESENTO SE INVITO CON OFICIO NO. 259001150100/ADQ/0369/2025



ANEXO

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 2 de abril de 2025 a las 11:04

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2025-00024775**

Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025**

Número de junta: **1**

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	31 de marzo de 2025 a las 12:26	31 de marzo de 2025 a las 12:27	NO	NO
2	IDEM MEDICAL SA DE CV	28 de marzo de 2025 a las 12:52		NO	NO
3	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	1 de abril de 2025 a las 20:05	1 de abril de 2025 a las 20:05	SI	NO
4	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	28 de marzo de 2025 a las 14:08		NO	NO





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

licitación pública internacional
NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL)

LISTA DE ASISTENCIA JUNTA DE ACLARACIONES

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 03 de abril de 2025, 11:00 Horas

SERVIDORES PÚBLICOS		FIRMA
Nº.	NOMBRE	CARGO / ÁREA
1	MTRA. MARISOL MIER CASTILLO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
2	LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
3	L.A.J. BULMARO SEGURA FLORES	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
4	LIC. MIGUEL ANGEL LARA HERNANDEZ	SUPERVISOR DE PROYECTOS E2 OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5	IB. DANIELA BERENICE CASTRO RÍOS	INGENIERA BIOMÉDICA REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA
6		REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **04 DE ABRIL DE 2025**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO **LA CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)**, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL **ARTÍCULO 134** DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS **ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29, 33, 33 BIS, 37 BIS, 47, 50 Y 60** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y **ARTÍCULOS 40, 45 Y 46** DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL **NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

EL ACTO ES PRESIDIDO POR LA **MTRA. MARISOL MIER CASTILLO**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO **259001710100/70/0975**, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY**, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO Y, CUYAS PREGUNTAS **SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN** A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

ANTECEDENTES:

SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **03 DE ABRIL DE 2025**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, CP. 78436, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO **LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)**, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL **ARTÍCULO 134** DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS **ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29, 33, 33 BIS, 37 BIS, 47, 50 Y 60** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y **ARTÍCULOS 40, 45 Y 46** DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL **NUMERAL 3.3. JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

EL PRESIDENTE DEL ACTO DIÓ INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALANDO QUE EL **02 DE ABRIL DE 2025** **SI SE RECIBIERON PREGUNTAS** EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL **ARTÍCULO 33 BIS** DE LA LEY, SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y ESCRITOS DE INTERÉS EN PARTICIPAR A TRAVÉS DE COMPRANET.

No.	LICITANTES REGISTRADOS	ESCRITO DE INTERES	PREGUNTAS
1	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	SI	
2	IDEM MEDICAL SA DE CV		
3	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	SI	22
4	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV		
TOTAL DE PREGUNTAS RECIBIDAS			22

SIENDO LAS **19:03 HORAS** DEL DÍA **03 DE ABRIL DE 2025**, LA CONVOCANTE PROCEDE A ENVIAR A TRAVÉS DE COMPRANET LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS A LA CONVOCATORIA QUE ESTIMARON PERTINENTES LOS LICITANTES Y, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL RESPECTIVO EXPEDIENTE DE COMPRA.

LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS, CONTANDO CON UN **PLAZO DE 06 HORAS** PARA FORMULAR Y ENVIAR POR COMPRANET LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

RESPUESTAS EMITIDAS, MISMAS A LAS QUE SE LE DARÁ CONTESTACIÓN EL DÍA **04 DE ABRIL DE 2025 A LAS 11:00 HORAS**, POR TRATARSE DE UNA **licitación pública**, EN SU MODALIDAD ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA COMPRANET PARA QUE, POSTERIORMENTE SE DÉ CONTINUIDAD CON LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SE REALIZA LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE EL ÁREA REQUERENTE Y QUIEN DIO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO FUE LA **JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS**, POR CONDUCTO DE LA **IB. DANIELA BERENICE CASTRO RIOS**

DESARROLLO DEL EVENTO:

UNA VEZ QUE CONCLUYÓ EL TIEMPO PREVISTO POR LA CONVOCANTE PARA RECIBIR PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS, SE PROCEDE NUEVAMENTE A ESTABLECER EL ENLACE POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET, IDENTIFICÁNDOSE QUE **NO** SE RECIBIERON REPLANTEAMIENTOS A TRAVÉS DE ESTE MEDIO ELECTRÓNICO, DEL CUAL SE AGREGA ACUSE DE ENVÍO DE ACLARACIONES (RE-PREGUNTAS) A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET EN EL **ANEXO 1 (UNO)**.

ESTA CONVOCANTE CONSIDERA QUE LAS RESPUESTAS QUE FUERON OTORGADAS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN A LOS CUESTIONAMIENTOS O DUDAS DE LOS LICITANTES Y QUE SE LES PROPORCIONÓ TODA LA INFORMACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 46 FRACCIÓN IV** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ARTÍCULO 33 BIS** DE LA LEY, EN ESTE ACTO SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES DE ESTA LICITACIÓN, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

DÍA:	11	MES:	ABRIL	AÑO:	2025	HORA:	11:00
LUGAR:	EVENTO ELECTRONICO (COMPRANET 2023)						

DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 33** DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN EN MENCIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 26 DÉCIMO PÁRRAFO** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE HACE CONSTAR QUE A ESTE ACTO **NO** ASISTIÓ NINGUNA PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ASISTIR EN CALIDAD DE OBSERVADOR.

CIERRE DEL ACTA.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 37 BIS** DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO COPIA DE ESTA ACTA EN LOS ESTRADOS DE NOTIFICACIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN PRIMERA, EN LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN, C.P. 78436, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, EN UN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 16:00 HORAS, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 49 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ---





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025,
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADO LA CONTINUIDAD DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS 12:50 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE 03 (TRES) PÁGINAS Y 02 (DOS) PÁGINAS DE ANEXOS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

SERVIDOR PÚBLICO	FIRMA
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
L.A. J. BULMARO SEGURA FLORES JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. MIGUEL ANGEL LARA HERNÁNDEZ SUPERVISOR DE PROYECTOS E2 OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



ANEXO

1

B

A

q



EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 4 de abril de 2025 a las 08:44

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2025-00024775**

Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR023-T-56-2025**

Número de junta: **1**

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaración	Acuse(s) de repreguntas
1	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	31 de marzo de 2025 a las 12:26	31 de marzo de 2025 a las 12:27	NO	NO
2	IDEM MEDICAL SA DE CV	28 de marzo de 2025 a las 12:52		NO	NO
3	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	1 de abril de 2025 a las 20:05	1 de abril de 2025 a las 20:05	SI	NO
4	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	28 de marzo de 2025 a las 14:08		NO	NO

6

q

4



2025
Año de
La Mujer Indígena

Viaducto Pdte. Miguel Alemán Valdés No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2000 3000 ext. 4922 <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>