



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
LA-050-GYR-050GYR041-T-399-2023

**ADQUISICIÓN DE CAMAS CAMILLAS RADIOTRSPARENTES PARA LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL OOAD IMSS EN
TLAXCALA**

En Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las 13:00 horas, del 26 de octubre de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con con ubicación en Av. Libramiento Poniente I.P.N. S/N, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala. C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto es presidido por **Dr. Oscar Rolando Ávila Galván**, Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS en Tlaxcala, servidor público designado por la convocante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Estatal Tlaxcala, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área requirente, IBM Carlos Joel Barrera Velazquez, Coordinador Biomédico Delegacional, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar de las siguientes personas a través portal de Compra Net:



00N08/ 1



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Código del Expediente: E-2023-00099750

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR041-T-399-2023

Número de junta: 1

Empresas interesadas

Num.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaración	Acuse(s) de repreguntas
1	CAI HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	24 de Octubre de 2023 a las 21:35	24 de Octubre de 2023 a las 21:36	SI	NO
2	CANTERA BIOMEDICA SA DE CV	25 de Octubre de 2023 a las 15:01		NO	NO
3	COMERCIALIZADORA SARIHUA SA DE CV	23 de Octubre de 2023 a las 12:59	23 de Octubre de 2023 a las 13:10	SI	NO
4	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	25 de Octubre de 2023 a las 13:29		NO	NO
5	DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES SA DE CV	24 de Octubre de 2023 a las 17:06		NO	NO
6	GRUPO TESNO SA DE CV	19 de Octubre de 2023 a las 14:56	19 de Octubre de 2023 a las 14:57	NO	NO
7	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	20 de Octubre de 2023 a las 10:06		NO	NO
8	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	20 de Octubre de 2023 a las 08:32	20 de Octubre de 2023 a las 08:32	SI	NO
9	LUABFE DE MEXICO SA DE CV	21 de Octubre de 2023 a las 10:19		NO	NO
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	25 de Octubre de 2023 a las 10:46	25 de Octubre de 2023 a las 10:49	SI	NO
11	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	23 de Octubre de 2023 a las 16:24		NO	NO
12	VE+ SAPI DE CV	23 de Octubre de 2023 a las 15:14	23 de Octubre de 2023 a las 15:15	NO	NO
13	VITER MEDICAL SA DE CV	24 de Octubre de 2023 a las 10:09	24 de Octubre de 2023 a las 10:12	NO	NO



FO
CON08/ 2

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	CAF HEALTHCARE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	Electrónica	02
2	COMERCIALIZADORA SARHUA, S.A. DE C.V.	Electrónica	02
3	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	Electrónica	03
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	Electrónica	04

Así mismo se hace constar que se reciben en tiempo escrito de interés en participar de los siguientes licitantes, sin presentar preguntas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL
1	GRUPO TESNO, S.A. DE C.V.
2	VE+ S.A.P.I. DE C.V.
3	VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.

La Convocante realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación:

ACLA RACIÓN	NUMERAL	DICE	DEBE DECIR
1	ANEXO 1	1.3.1 Trendelenburg de 16° como mínimo.	1.3.1 Trendelenburg de 12° como mínimo.
2	ANEXO 1	1.3.2 Trendelenburg inverso de 16° como mínimo.	1.3.2 Trendelenburg inverso de 12° como mínimo.
3	ANEXO 1	1.6 Dimensiones de la superficie del paciente (± 5%) 193 cm de largo x 62 cm de ancho.	1.6 Dimensiones de la superficie del paciente (± 5%) 190 cm de largo x 66 cm de ancho.
4	ANEXO 1	1.7 Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total en el rango de 210 a 220cm., ancho total en el rango de 75 a 96 cm.	1.7 Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total en el rango de 210 a 220cm, ancho total en el rango de 80 a 96 cm.
5	ANEXO 1	1.12 Colchón de poliuretano de 8 cm de espesor como mínimo.	1.12 Colchón accesorio deberá de ser de poliuretano de 6 cm de espesor como mínimo.
6	ANEXO 1	1.18 Con bandeja para desfibrilador y porta expedientes.	1.18 Con bandeja para desfibrilador y porta expedientes opcional a futuro y referenciable en los catálogos técnicos.



7	ANEXO 1	1.2 Que soporte un peso de 200 kg o mayor.	1.2 Que soporte un peso de 300 kg o mayor.
8	ANEXO 1	2.3. CALIDAD Para los bienes ofertados se deberá presentar la siguiente documental:	2.3. CALIDAD Para los bienes ofertados, incluyendo sus accesorios y consumibles, se deberá de presentar la siguiente documental:

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV

PREGUNTA A	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	FICHA TECNICA PARTIDA 1, PUNTOS 1.3.1, Y 1.3.2	SOLICITAN TRENDELEMBURG DE 16° COMO MÍNIMO Y TRENDELEMBURG INVERSO DE 16° COMO MÍNIMO ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMILLA CON UN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO DE 13° YA QUE ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LO CUAL ESTÁ DESTINADA ESA POSICIÓN, DE LO CONTRARIO AL AUMENTAR LOS GRADOS SE PUEDE AFECTAR AL PACIENTE AUMENTANDO LA PRESIÓN SANGUÍNEA EN CRÁNEO Y VENAS CENTRALES SUPERIORES, ADEMÁS DE REQUERIR ADITAMENTOS COMO SOPORTES DE HOMBROS O PIES PARA MANTENER LA POSICIÓN DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARATORIA 1 Y A LA ACLARATORIA 2 DE LA CONVOCANTE.
2	FICHA TECNICA PARTIDA 1, PUNTO 1.6	SOLICITAN DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE (+/-5%) 193 CM DE LARGO X 62 CM DE ANCHO ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMILLA DE 193 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO DANDO MAYOR SUPERFICIE DE PACIENTE Y ESPACIO DE MANIOBRA, SIN AUMENTAR EL ANCHO TOTAL DE LA CAMILLA ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARATORIA 3 DE LA CONVOCANTE.

Licitante: COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV

PREGUNTA A	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	2.3. CALIDAD PUNTO	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EN CASO DE QUE LA CARTA DE APOYO SEA EXPEDIDA POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORITARIO, ESTE ÚLTIMO DEBERÁ DE CONTAR CON EL CERTIFICADO ISO 9001 MISMO QUE DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA	LOS OFERTANTES DEBERAN DE PRESENTAR CARTA DE APOYO EXPEDIDA POR EL FABRICANTE O



	12.	PROPUESTA, ASÍ COMO EL DOCUMENTO QUE LO ACREDITE COMO DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORITARIO? ¿ES CORRECTO?	DOCUMENTO QUE ACREDITE COMO DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORITARIO, LO ANTERIOR CONFORME A LO SOLICITADO EL NUMERAL 2.3 FRACCION 12 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ASÍ MISMO, PODRA PRESENTAR EL CERTIFICADO ISO 9001:2015 VIGENTE DEL FABRICANTE SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
2	PARTID A 1, CLAVE 531.156.0 147.02.01 , CAMA CAMILLA A RADIOTRANSPARENTE, PUNTO 1.2.	DICE: QUE SOPORTE UN PESO DE 200 KG O MAYOR. CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE SU ESTANCIA, MOVIMIENTOS POR LOS PASILLOS Y NO LIMITAR EL USO DEL EQUIPO A PACIENTES CON SOBREPESO, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITE UN SOPORTE DE PESO DE 310 KG COMO MÍNIMO, YA QUE ADEMÁS DEL PESO DEL PACIENTE LA CAMILLA DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE LOS ACCESORIOS Y EN CASO DE SER NECESARIO LA CARGA POR UN PROCEDIMIENTO DE RCP. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARATORIA 7 DE LA CONVOCANTE.

Licitante: INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	ANEXO 1. PUNTO 1.6	ENTENDEMOS QUE AL TENER UNA DIMENSIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 190 CM DE LARGO X 67 CM DE ANCHO, NOS ENCONTRAMOS DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARATORIA 3 DE LA CONVOCANTE.
2	ANEXO 1. PUNTO 1.9	AL TENER LA CARACTERISTICA DE UN PORTA CHASIS CON MOVIMIENTO A LO LARGO DEL TENDIDO (SUPERFICIE DEL PACIENTE) CON SISTEMA QUE PERMITE FIJAR PLACAS PARA RAYOS X, ESTARÍAMOS CUMPLIENDO CON EL PUNTO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS OFERTANTES DEBERAN APEGARSE CABALMENTE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.9 PORTA CHASIS A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA

FO
CON03/ 5





			CON SISTEMA DE SUJECCIÓN.
3	TÉRMINOS Y CONDICIONES PUNTO 4.24.4	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE 2023, LO CUAL ESTARÍA DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO Y NO SERÍA ACREEDOR DE PENAS CONVENCIONALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS OFERTANTES DEBERÁN APEGARSE AL NUMERAL 2.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: ÚNICA ENTREGA.- LOS BIENES ADJUDICADOS DEBERÁN ENTREGARSE COMO PLAZO MÁXIMO AL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2023.

Licitante: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	ANEXO 1. PARTIDA 1	PUNTO 1.3.1. DEBIDO A QUE EL TRENDELENBURG RECOMENDADO EN UNA CAMILLA DE TRASLADO PARA UNA MEJOR CIRCULACIÓN OSCILA ENTRE LOS 12 A 15°, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRENDELENBURG DE 12° O MAYOR, LO CUAL NO AFECTA EN SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARATORIA 1 DE LA CONVOCANTE.
2	ANEXO 1. PARTIDA 1	PUNTO 1.3.2. DEBIDO A QUE EL TRENDELENBURG INVERSO RECOMENDADO EN UNA CAMILLA DE TRASLADO PARA UNA MEJOR CIRCULACIÓN OSCILA ENTRE LOS 12 A 15°, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRENDELENBURG INVERSO DE 12° O MAYOR, LO CUAL NO AFECTA EN SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARATORIA 2 DE LA CONVOCANTE.
3	ANEXO 1. PARTIDA 1	PUNTO 1.6. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DE 191 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARATORIA 3 DE LA CONVOCANTE.
4	ANEXO 1. PARTIDA 1	PUNTO 1.18. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO ESTRUCTURA CON TABLERO DE APOYO Y PORTA HISTORIALES. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA ACLARATORIA 6 DE LA CONVOCANTE.


Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de 6 horas para formular y entregar por Compra Net, las preguntas que considere necesarias en relación con las respuestas emitidas, contadas a partir de la publicación de la presente acta en el portal; mismas a las que se les dará contestación el día 27 del mes de octubre del año 2023 a las 13:00 horas, en el portal CompraNet.



En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 13:00 horas, del 27 de octubre de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

De conformidad con el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto es presidido por **Dr. Oscar Rolando Ávila Galván**, Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS en Tlaxcala, servidor público designado por la convocante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Estatal Tlaxcala.

Se hace de conocimiento que hubo repreguntas a la convocatoria como se muestra a continuación:



A continuación se da respuesta a las solicitudes de aclaración a las respuestas emitidas por la convocante, como se indica a continuación:

Licitante: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. de C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA IMSS
1	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA PRESENTAR CARTA DE APOYO EMITADA POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES HACIA EL	PARA LA PARTIDA 1 SE SOLICITA PRESENTAR CARTA DE APOYO EMITADA POR EL





1	LICITANTE COMERCIALIZAD ORA SARHUA SA E CV, (PUNTO 2.3 CALIDAD PUNTO 12)	LICITANTE, LO QUE GARANTIZARÁ EL RESPALDO DEL MISMO PARA LA PRESENTE ADQUISICIÓN, LO ANTERIOR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.3 FRACCIÓN 12 Y 6 (IV,V) DE LA PRESENTE CONVOCATORIO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO ISO 9001:2015 VIGENTE DEL FABRICANTE, CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485:2016 E INCLUIR OFICIO EMITIDO POR COFEPRIS DIRIGIDO AL LICITANTE DONDE SE INFORME QUE: EL PRODUCTO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS DIRIGIDA AL LICITANTE DONDE SE HAGA REFERENCIA A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.3 FRACCIÓN 12. ASÍ MISMO, SE SOLICITA APEGARSE CABALMENTE AL NUMERAL 2.3 FRACCIONES 1, 2, 3,4, 5 Y 6 (IV, V), LOS OFERTANTES PODRAN PRESENTAR CERTIFICADO ISO 9001:2015 VIGENTE DEL FABRICANTE SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
---	---	---	--

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	03 de noviembre de 2023	13:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	09 de noviembre de 2023	13:00 hrs.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley se hace constar que se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.upcp-compranet.hacienda.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta siendo las 13:10 horas del mismo día, mes y año de su inicio.

Esta Acta consta de 09 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de la misma

**POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Oscar Rolando Ávila Galván	Coordinador de Abastecimiento y	

2023
Francisco
VILA

CON08/ 8



	Equipamiento	
Ángel Hebert Mejorado Torres	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del Oficio No. 309001050100/537/2023	
Gema José Mendoza	Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del oficio no. 309001050100/640/2023	
Carlos Joel Barrera Velázquez	Coordinador Biomédico Delegacional	
Itsel Analy Hernández Cortés	Líder de Proyecto	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN

----- FIN DEL ACTA -----