



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

LA-50-GYR-050GYR041-T-408-2023

Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico 2022 y 2023 y Programa de Equipamiento Médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19

En Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las 12:00 horas, del 02 de noviembre de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con con ubicación en Av. Libramiento Poniente I.P.N. S/N, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala. C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto es presidido por **Angel Hebert Mejorado Torres**, Enc. Del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, en términos del oficio no. 309001050100/537/2023; servidor público designado por la Convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presente acto, fue asistido por el representante del área requirente, IBM. Carlos Joel Barrera Velazquez, Coordinador Biomédico Delegacional, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante Ángel Hebert Mejorado Torres, Enc. del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en términos del oficio no. 309001050100/537/2023, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El servidor público que preside, dio inicio al acto de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, en el domicilio de la convocante, de la siguiente persona:

FO
CON08/ 1





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Empresas que han manifestado interés en participar

Exportar listado						
Núm.	Residente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expiración de interés	Manifesto	Acuse de Recibo de Adquisición	Acuse de Reprogramación
1	BROKER MEDICAL SA DE CV	24/10/2023 12:29	30/10/2023 20:35	A		
2	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	04/10/2023 15:05	01/10/2023 16:07	A		
3	COMERCIALIZADORA BARHUA SA DE CV	12/10/2023 11:47				
4	COMERLAT SA DE CV	31/10/2023 12:09	31/10/2023 12:09	A		
5	ENOCORE HEALTH S A P I DE CV	25/10/2023 08:09	25/10/2023 08:10	A		
6	GRUPO REINET SA DE CV	30/10/2023 24:09	30/10/2023 24:09	A		
7	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	29/10/2023 16:46				
8	INSTRUMENTAL SA DE CV	01/10/2023 09:03	01/10/2023 09:25	A		
9	INSTRUMENTACIÓN MEDICA SA DE CV	30/10/2023 12:10	30/10/2023 12:10	A		
10	HENDALL DE MEXICO SA DE CV	01/10/2023 11:52	01/10/2023 11:23	A		

← Regresar Solicitudes de aclaración

Empresas que han manifestado interés en participar

Exportar listado						
Núm.	Residente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expiración de interés	Manifesto	Acuse de Recibo de Adquisición	Acuse de Reprogramación
11	PAED PENT SA DE CV	31/10/2023 17:09				
12	POLAR HOSPITALARIA SA DE CV	27/10/2023 10:49				
13	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	26/10/2023 16:00	26/10/2023 16:03	A		
14	SERVICIO Y VENTA DE REGALOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	25/10/2023 14:02	25/10/2023 14:03	A		
15	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	30/10/2023 19:08	01/10/2023 09:42	A		
16	TECNO COMERCIAL PAKTU SA DE CV	27/10/2023 12:10				

← Regresar Solicitudes de aclaración

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	Grupo Reineta S.A. De C.V.	Electrónica	9
2	Instrumedical S.A. De C.V.	Electrónica	6
3	Comercial De Especialidades Médicas S.A. De C.V.	Electrónica	5
4	Servicios De Ingeniería en Medicina S.A. De C.V.	Electrónica	1
5	Comerlat S.A. De C.V.	Electrónica	11



FO
CON08/ 2



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

La Convocante realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación que nos ocupa:

ACLARACIÓN	NUMERAL	ACLARACIÓN																														
1	2.3. CALIDAD	DICE: Los licitantes deberán presentar los siguientes documentos: DEBE DECIR: Los licitantes para los bienes en equipo médico, consumibles y accesorios ofertados deberán presentar los siguientes documentos																														
2	2.3. CALIDAD	DICE: 20. El licitante deberá de presentar carta en hoja membretada en donde se haga referencia al número y nombre del evento licitatorio y en el que se indique las partidas ofertadas con clave SAI, clave PREI, descripción, marca, modelo y origen de fabricación de los bienes, la cual debe estar firmada por su representante legal donde haga mención que se proporcionará un calendario o cronograma de mantenimientos preventivos con la frecuencia solicitada por la Convocante durante el periodo de garantía de los bienes 36 meses para las partidas 1, 2 y 3 y para las partidas 4 y 5 garantía de 12 meses, contados a partir de la entrega a entera satisfacción del instituto. Así mismo, deberá de describir las acciones o actividades (check list) a realizar durante el mantenimiento preventivo. DEBE DECIR: 20. El licitante deberá de presentar carta en hoja membretada en donde se haga referencia al número y nombre del evento licitatorio y en el que se indique las partidas ofertadas con clave SAI, clave PREI, descripción, marca, modelo y origen de fabricación de los bienes, la cual debe estar firmada por su representante legal donde haga mención que se proporcionará un calendario o cronograma de mantenimientos preventivos con la frecuencia solicitada por la Convocante durante el periodo de garantía de los bienes 36 meses para las partidas 1, 2 y 3 y para las partidas 4 y 5 garantía de 12 meses, contados a partir de la entrega a entera satisfacción del instituto. Así mismo, deberá de describir las acciones o actividades (check list) a realizar durante el mantenimiento preventivo. <table><tr><th>PARTIDA</th><th>CLAVE SAI</th><th>CLAVE PREI</th><th>DESCRIPCION</th><th>PERIODICIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>531.616.5116.01.01</td><td>20669</td><td>MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA).</td><td>SEMESTRAL</td></tr><tr><td>2</td><td>531.328.0116.02.01</td><td>11790</td><td>UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. (GINECOLOGICA).</td><td>SEMESTRAL</td></tr><tr><td>3</td><td>531.328.0181.02.01</td><td>11795</td><td>UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL.</td><td>SEMESTRAL</td></tr><tr><td>4</td><td>531.667.0065.01.01</td><td>12071</td><td>OXIMETRO DE PULSO. PORTÁTIL.</td><td>N/A</td></tr><tr><td>5</td><td>513.263.0046.01.01</td><td>11588</td><td>CUÑA DE RELAJACION MUSCULAR.</td><td>N/A</td></tr></table>	PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCION	PERIODICIDAD	1	531.616.5116.01.01	20669	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA).	SEMESTRAL	2	531.328.0116.02.01	11790	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. (GINECOLOGICA).	SEMESTRAL	3	531.328.0181.02.01	11795	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL.	SEMESTRAL	4	531.667.0065.01.01	12071	OXIMETRO DE PULSO. PORTÁTIL.	N/A	5	513.263.0046.01.01	11588	CUÑA DE RELAJACION MUSCULAR.	N/A
PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCION	PERIODICIDAD																												
1	531.616.5116.01.01	20669	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA).	SEMESTRAL																												
2	531.328.0116.02.01	11790	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. (GINECOLOGICA).	SEMESTRAL																												
3	531.328.0181.02.01	11795	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL.	SEMESTRAL																												
4	531.667.0065.01.01	12071	OXIMETRO DE PULSO. PORTÁTIL.	N/A																												
5	513.263.0046.01.01	11588	CUÑA DE RELAJACION MUSCULAR.	N/A																												



FO
CON08/ 3



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: Grupo Reinet S.A. De C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	ANEXO 1	"PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.3 QUE SOPORTE UN PESO DE 220 KG O MAYOR. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y NO LIMITAR EL USO DEL EQUIPO A PACIENTES BARIÁTRICOS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITE UN SOPORTE DE PESO DE 450 KG O MAYOR, YA QUE ADEMÁS DEL PESO DEL PACIENTE LA MESA QUIRÚRGICA DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE LOS ACCESORIOS Y EN CASO DE SER NECESARIO LA CARGA POR UN PROCEDIMIENTO DE RCP. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR EN EL PUNTO 1.3 SOPORTE DE PESO DE 450 KG O MAYOR, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO Y LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, TODA VEZ QUE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SON LOS MINIMOS A REQUERIR POR EL INSTITUTO Y QUE EL OFERTAR CARACTERISITICAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS SUPERIORES NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
2	ANEXO 1	"PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.4 CON SISTEMA DE FRENOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO EL SISTEMA DE FRENOS DEBERÁ SER ACCIONADO DESDE EL CONTROL DE MANO Y DESDE EL CONTROL EN LA COLUMNA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	ANEXO 1	"PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR PARA EL PUNTO

FO
CON08/ 4





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.4 CON SISTEMA DE FRENOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN SISTEMA DE FRENO CENTRAL YA QUE ASÍ ES COMO LO SEÑALA EL FABRICANTE EN SU LITERATURA Y NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	1.4 UN SISTEMA DE FRENO CENTRAL, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO Y LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
4	ANEXO 1	"PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL SOLICITAR UNA MESA DE 5 SECCIONES, ESTE PUNTO SE REFIERE A LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA Y NO A LA POSICIÓN DE NAVAJA SEVILLANA Ó FLEX. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS LICITANTES DEBERAN DE OFERTAR Y CUMPLIR CON LO SOLICITADO EM EL PUNTO 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
5	ANEXO 1	"PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR UNA MESA ELECTROHIDRÁULICA, LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA DEBERÁ REALIZARSE POR MEDIO DE CONTROL DE MANO Y SISTEMA DE PANEL DE COLUMNA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS LICITANTES PODRAN OFERTAR PARA EL PUNTO 1.10.3 QUE LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA SE REALICE POR MEDIO DE CONTROL DE MANO Y SISTEMA DE PANEL DE COLUMNA, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO Y LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
6	ANEXO 1	"PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA	SE ACEPTA OFERTAR PARA EL PUNTO 1.12 QUE

FO
CON08/ 5





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.12 MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS CON CONTROL REMOTO O DE MANO ALÁMBRICO PARA: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE EL POSICIONAMIENTO DE LA MESA EN EL QUIRÓFANO, EL CONTROL CUENTE CON UN DISPLAY O PANTALLA EL CUAL INDIQUE EL MOVIMIENTO SIMULTÁNEO QUE SE ESTÁ ACCIONANDO EN EL MISMO Y DE ESTA MANERA EVITAR MOVIMIENTOS NO DESEADOS QUE PUDIERAN CAUSAR ALGÚN ACCIDENTE. ¿SE ACEPTA?	DURANTE EL POSICIONAMIENTO DE LA MESA EN EL QUIRÓFANO, EL CONTROL CUENTE CON UN DISPLAY O PANTALLA EL CUAL INDIQUE EL MOVIMIENTO SIMULTÁNEO QUE SE ESTÁ ACCIONANDO EN EL MISMO, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO Y LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, TODA VEZ QUE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SON LOS MÍNIMOS A REQUERIR POR EL INSTITUTO Y QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS SUPERIORES NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
7	ANEXO 1	"PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.13.1 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O, 1.13.2 CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE. PREGUNTA: SUGERIMOS RESPECTUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA TRANSICIÓN A PROCEDIMIENTOS CON ARCO EN C Y EN EL ENTENDIDO DE QUE SE TRATA DE UNA MESA QUIRÚRGICA AVANZADA, SE DEBERÁ OFERTAR LOS PUNTOS 1.13.1 Y 1.13.2. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DONDE LOS LICITANTES PODRAN OFERTAR EL PUNTO 1.13.1 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O EL PUNTO 1.13.2 CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE.



FO
CON08/ 6

5
8



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

8	ANEXO 1	"PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.13.1 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O, 1.13.2 CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE. PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SOLICITE EL MOVIMIENTO LONGITUDINAL PARA UN ÓPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C, DEBIDO A QUE AL SOLICITAR ÚNICAMENTE LA SELECCIÓN DE LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE, ESTA CARACTERÍSTICA, REQUIERE UN CAMBIO MANUAL DE LAS PIEZAS DE LAS SECCIONES DE CABECERA Y PIERNERAS POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO, ACCIÓN QUE DEMORA LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y PUEDE ENTORPECER EL FLUJO DEL TRABAJO DE QUIRÓFANO, TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LA ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE, EXISTE UNA LIMITACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS PREVIAMENTE SOLICITADOS EN LA FICHA, ¿SE ACEPTA?"	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE DONDE LOS LICITANTES PODRAN OFERTAR EL PUNTO 1.13.1 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O EL PUNTO 1.13.2 CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE.
9	ANEXO 1	"PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.14. SISTEMA DE EMERGENCIA, POR MEDIO DE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

FO
CON08/ 7





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, QUE ACTIVE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE, Y/O 1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR EL PUNTO 1.14 Y/O 1.14.1 ¿ES CORRECTO?	
--	--	--	--

Licitante: Instrumedical S.A. De C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	ANEXO 1	SOLICITAN MESA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR, NUESTRO EQUIPO CUENTA CON ESTA CARACTERÍSTICA, SIN EMBARGO, EN LA LITERATURA DEL FABRICANTE NO SE MENCIONA TEXTUALMENTE ESTA CARACTERÍSTICA, PARA FINES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER SEÑALAR COMO MESA CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS, CON SOFTWARE Y PANTALLA DIGITAL, LAS CUALES SON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UN SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
2	ANEXO 1	SOLICITAN LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM + 20 CM, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 + 20 CM CON	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL PUNTO 1.5 LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM + 20 CM.



FO
CON08/ 8



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		TOLERANCIA DE +/- 10 CM, ¿SE ACEPTA?	
3	ANEXO 1	SOLICITAN ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, NUESTRO EQUIPO REALIZA ESTA FUNCIÓN A TRAVÉS DE LA FUNCIÓN FLEX, PARA FINES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA SEÑALAR ESTE NUMERAL COMO FUNCIÓN FLEX, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL PUNTO 1.10.3 CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.
4	ANEXO 1	SOLICITAN COJINES INDEPENDIENTES, UNO PARA CADA SECCIÓN DE LA MESA, DESMONTABLE, SIN COSTURAS VISIBLES, ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVOS O ANTIESTÁTICOS, EN TODAS LAS SECCIONES, NUESTRO EQUIPO CUENTA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS, SIN EMBARGO, EN LA LITERATURA DEL FABRICANTE NO SE MENCIONA TEXTUALMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, PARA FINES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, PODER SEÑALAR COMO COLCHÓN CONDUCTIVO, REMOVIBLES, ADEMÁS DE SEÑALAR EN IMAGEN LOS COLCHONES, EN LA CUAL SE APRECIA QUE NO TIENE COSTURAS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE LOS COJINES SEAN INDEPENDIENTES, UNO PARA CADA SECCIÓN DE LA MESA, DESMONTABLE, SIN COSTURAS VISIBLES, ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVOS O ANTIESTÁTICOS, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
5	ANEXO 1	SOLICITAN CHAROLA PORTA CHASISES DE 35 X 43 CM, ENTENDEMOS QUE ESTAS SON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS QUE DEBER CUMPLIR LA CHAROLA PORTA CHASISES, POR LO QUE OFERTAR UNA CHAROLA DE MAYORES DIMENSIONES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR TRATARSE DE UNA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL PUNTO 2.1.7 CHAROLA PORTA CHASIS DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE

FO
CON08/ 9





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE PODRÍAN COLOCARSE CHASIS PARA PLACAS DE RAYOS X DE DISTINTOS TAMAÑOS Y MARCAS ¿ES CORRECTO?	CATÁLOGO).
6	2.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	SOLICITAN PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO AL 8 DE DICIEMBRE DE 2023, CONSIDERANDO QUE EL FALLO ESTA PROGRAMADO PARA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE, EL TIEMPO DE ENTREGA ENTRE EL FALLO Y LA FECHA LIMITE ES MENOR A UN MES, LO QUE HACE PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE ENTREGAR CUALQUIER BIEN YA SEA NACIONAL O DE IMPORTACIÓN, SON BIENES QUE NO SE TIENEN EN STOCK POR SU ALTO COSTO DE PRODUCCIÓN, POR LO QUE LOS BIENES SOLICITADOS SE FABRICAN A PARTIR DE UN PEDIDO CONCRETO, DERIVADO DE LO ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE EXTIENDA EL TIEMPO DE ENTREGA A POR LO MENOS 90 DÍAS NATURALES, ¿SE ACEPTA?	"NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 2.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA."

Licitante: Comercial De Especialidades Médicas S.A. De C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	2.4. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	"PUNTO. III. OPINION POSITIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE UN DIA ANTES A LA APERTURA DE LA PROPUESTAS, CONSIDERANDO COMO VIGENTE, YA QUE SU VIGENCIA ES DE 24 HRS. ¿SE ACEPTA?"	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
2	5.1. PORPOSICIONES CONJUNTAS	EN CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO APLIQUE EL ANEXO 3, PODEMOS PRESENTAR	SE ACEPTA SU SOLICITUD.



FO
CON08/
10



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		ESTE DOCUMENTO CON MARCA DE AGUA LA LEYENDA "NO APLICA" PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD. ¿SE ACEPTA?	
3	ANEXO 1	"PARTIDA 3. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. PUNTO 1.11. CAPACIDAD A FUTURO PARA PROCEDIMIENTO DE COAGULACION POR ARGON. PREGUNTA: ¿SOLICITAN UN EQUIPO CON CONEXION A GAS ARGON OPCIONAL? FAVOR DE ACLARAR"	"NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE SOLICITA QUE LOS LICITANTES REFERENCIEN EN MANUAL, FOLLETO O CATALOGO DEL BIEN A OFERTAR LA OPCION DE QUE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CUENTE CON LA CAPACIDAD A FUTURO PARA PROCEDIMIENTOS DE COAGULACION POR ARGON. "
4	ANEXO 1	"PUNTO LA EXISTENCIA DEL CONSUMIBLES REFACCIONES, EN SU CASO. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ANEXOS 2C, 2E. SOLO SE ENTREGARAN EN CASO DE SE ADJUDICADOS. ¿ESS CORRECTA NUESTRA APRECIACION?"	ES CORRECTA SU APRECIACION.
5	2.3. CALIDAD	"PUNTO. 16 SOLICITAN CARTA DEL FABRICANTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUCION, TODAVES QUE SOMOS LOS TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?"	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS PARTICIPANTES DEBERAN DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 2.3 CALIDAD FRACCION 16 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

Licitante: Servicios De Ingeniería en Medicina S.A. De C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	ANEXO 1	LA CEDULA SOLICITA "FRECUENCIA DE PULSOS HASTA 300 PULSOS POR MINUTO". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA	"NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA

FO
CON08/ 11





		PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR HASTA 250 PULSOS POR MINUTO O MAYOR, YA QUE "LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL PROMEDIO SE ENCUENTRA ENTRE 110 Y 160 LATIDOS POR MINUTO, Y PUEDE VARIAR ENTRE 5 Y 25 LATIDOS POR MINUTO. MÁS DE ESTA FRECUENCIA NO ES COMÚN. ¿SE ACEPTA?	CONVOCANTE EN EL PUNTO 1.1.3 FRECUENCIA DE PULSOS HASTA 300 PULSOS POR MINUTO. "
--	--	---	---

Licitante: Comerlat S.A. De C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	13.2 GARANTÍA DE LOS BIENES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	"NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO DESCRITO EN LA ACLARATORIA 2 DE LA CONVOCANTE. "
2	2.3. CALIDAD	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO HOJAS REFERENCIADA DE MANUALES Y CATALOGOS, PARA FACILITAR LA CARGA DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO SE REFERENCIEN Y SE UBIQUEN LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE LO CUAL DEBE DE APEGARSE CABALMENTE CON EL NUMERAL 2.3 CALIDAD FRACCIONES 11, 12, 14 Y 15 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
3	2.3. CALIDAD	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR DE ACUERDO A TERMINOLOGIA DE CATALOGO DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS FUNCIONES QUE DETERMINA LA FICHA TECNICA, ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SON LOS MINIMOS A REQUERIR POR EL INSTITUTO Y QUE EL OFERTAR CARACTERISITICAS



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

			ESPECIFICACIONES TECNICAS SUPERIORES NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ASI MISMO, SE DEBERA DE REFERENCIAR Y UBICAR LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE LO CUAL DEBE DE APEGARSE CABALMENTE CON EL NUMERAL 2.3 CALIDAD FRACCIONES 11, 12, 14 Y 15 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
4	ANEXO 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACA UNIVERSAL PARA ELECTROCAUTERIO YA QUE CON ESTA MEDIDA PODEMOS SATISFACER LA NECESIDAD DE PACIENTE PEDIATRICO Y ADULTO. ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PARTIDAS 2 Y 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASI MISMO, A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 CALIDAD FRACCIONES 11, 12, 14 Y 15 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
5	2.4. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS	"OPINION POSITIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR LA OPINION POSITIVA AL MENOS 2 DIAS HABILES ANTERIORES A LA APERTURA DE PROPUETAS ¿SE ACEPTA?"	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
6	6. LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.	"SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, EN EL CASO DE QUE A MI REPRESENTADA NO LE APLIQUE ALGUNO DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, NOS PERMITA PRESENTAR DICHO ANEXO CON LA LEYENDA "NO APLICA".	SE ACEPTA SU SOLICITUD



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		¿SE ACEPTA?"		
7	ANEXO NÚMERO 2A (DOS A)	"ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE ANEXO NO SE DEBERA PRESENTAR EN NUESTRA PROPUESTA Y QUE SOLO ES OBLIGATORIO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTO?"		ES CORRECTA SU APRECIACION.
8	ANEXO NÚMERO 2B (DOS B)	"ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE ANEXO NO SE DEBERA PRESENTAR EN NUESTRA PROPUESTA Y QUE SOLO ES OBLIGATORIO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTO?"		ES CORRECTA SU APRECIACION.
9	ANEXO NÚMERO 2C (DOS C)	"ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE ANEXO NO SE DEBERA PRESENTAR EN NUESTRA PROPUESTA Y QUE SOLO ES OBLIGATORIO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTO?"		ES CORRECTA SU APRECIACION.
10	ANEXO NÚMERO 2D (DOS D)	"ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE ANEXO NO SE DEBERA PRESENTAR EN NUESTRA PROPUESTA Y QUE SOLO ES OBLIGATORIO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTO?"		ES CORRECTA SU APRECIACION.
11	ANEXO NÚMERO 2E (DOS E)	"ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE ANEXO NO SE DEBERA PRESENTAR EN NUESTRA PROPUESTA Y QUE SOLO ES OBLIGATORIO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTO?"		ES CORRECTA SU APRECIACION.

Así mismo se hace constar que Encore Health, S.A. P.I. de C.V., Kendall de Mexico, S.A. de C.V., Broker Medical, S.A. de C.V., Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V., Instrumentación Médica, S.A. de C.V. y Quantum Médico Group, S.A. de C.V., presentan escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.



FO
CON08/
14



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de 6 horas para formular y entregar por CompraNet, las preguntas que considere necesarias en relación con las respuestas emitidas, contadas a partir de la publicación de la presente acta en el portal; mismas a las que se les dará contestación el día 03 del mes de noviembre del año 2023 a las 13:00 horas, en el portal CompraNet.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 13:00 horas, del 03 de noviembre de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

El servidor público que preside dio inicio, señalando que después de verificar en Compranet, se constata que se recibieron repreguntas en relación a las respuestas emitidas por la convocante como se muestra a continuación:

Exportar listado						
Num.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expiración de interce	Manifesta	Acuerdos de Solución de Aclaraciones	Acuerdos de Respuestas
1	BROKER MEDICAL SA DE CV	31/10/2023 13:28	31/10/2023 20:35	1		1
2	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	08/10/2023 11:05	08/10/2023 18:07	1	1	
3	COMERCIALIZADORA SARMUA SA DE CV	30/10/2023 13:47				
4	COMERPLAT SA DE CV	31/10/2023 12:09	31/10/2023 13:09	1	1	
5	ECO DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	08/10/2023 12:38				
6	ENCORE HEALTH SA P I DE CV	23/10/2023 08:09	23/10/2023 08:11	1		
7	GRUPO REINET SA DE CV	30/10/2023 13:09	30/10/2023 21:09	1	1	
8	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	27/10/2023 16:06				
9	INTERMEDICAL SA DE CV	01/10/2023 09:23	01/10/2023 09:25	1	1	
10	INTERUMENTACION MEDICA SA DE CV	30/10/2023 12:10	30/10/2023 12:10	1		

Regresar Soluciones de aclaración

Acto seguido se da respuesta a las preguntas relacionadas con las respuestas emitidas por la convocante, como se indica a continuación:

Licitante: Broker Medical, S.A. de C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA IMSS
1	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 3 LICITANTE GRUPO	SE ENTIENDE QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR PARA EL PUNTO 1.4 UN SISTEMA DE FRENO CENTRAL, LO ANTERIOR SIN SER	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES OFERTEN PARA EL PUNTO 1.4 UN SISTEMA DE FRENO CENTRAL O



FO
CON08/
15



	REINET, S.A. DE C.V.	OBLIGATORIO Y LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, POR LO QUE SE SOLICITA SE ACEPT REFERENCIAR UN SISTEMA DE FRENO COMO UN SISTEMA DE BLOQUEO O DESBLOQUEO DEL SUELO, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO Y LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?	COMO UN SISTEMA DE BLOQUEO O DESBLOQUEO DEL SUELO, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO Y LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
2	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 2 LICITANTE INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCATE, ACLARE SI LO QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO 1.5 ES LA LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM +/- 20 CM.	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES OFERTEN PARA EL PUNTO 1.5 LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM +/- 10 CM.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	10 de noviembre de 2023	12:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	15 de noviembre de 2023	12:00 hrs.

Se hace constar en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/> para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 15 horas y 15 minutos, del mismo día, mes y año de su inicio.

Esta Acta consta de 17 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de la misma.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios


**POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ángel Hebert Mejorado Torres	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del Oficio No. 309001050100/537/2023	
Gema José Mendoza	Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del oficio no. 309001050100/640/2023.	
Lilían Grisél Fernández Zamora	Supervisor de Proyectos	
Carlos Joel Barrera Velazquez	Coordinador Biomédico Delegacional	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

**POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

----- FIN DEL ACTA -----



FO
CON08/
17

