



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
No. IA-50-GYR-050GYR041-T-266-2024
ADQUISICIÓN DE BIENES DE SUMINISTRO CLAVES 379, 526, 535 Y 537 PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL OOAD IMSS EN TLAXCALA

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las 14:00 horas, del 09 de octubre de 2024, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto es presidido por **Oscar Rolando Ávila Galván**, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, servidor público designado por la Convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área requirente, IBM Carlos Joel Barrera Velazquez, Coordinador Biomédico Delegacional, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante Oscar Rolando Ávila Galván, en su carácter de Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El servidor público que preside, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>, de la siguiente persona:

Handwritten signature



Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones * 09/10/2024 14:00
Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet * 08/10/2024 14:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Im.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	30/09/2024 18:14	02/10/2024 13:50			
2	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	30/09/2024 18:15	08/10/2024 10:51			
3	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	30/09/2024 18:14	07/10/2024 12:08			
4						

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	TECNO COMERCIAL PAKTLI S.A. DE C.V.	Electrónica	35

También se hace constar que Innovación Medica y Tecnológica para la Salud MX S.A. de C.V. y Comercializadora Sarhua S.A. de C.V., presentan escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: TECNO COMERCIAL PAKTLI S.A. DE C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	6.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA	PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL SOLICITAN COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485 Ó TUV VIGENTE Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR ALGUNO DE LOS 2 CERTIFICADOS, ¿SE ACEPTA?	PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL LOS OFERTANTES PODRÁN PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485 Ó TUV VIGENTE Y/O CERTIFICADO FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN.
2	PARTIDA 24	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA



		FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	EL EQUIPO UNIDAD DE ANESTESIA MARCA PLARRE/NIHON KOHDEN MODELO 9500/BSM-2353K.
3	PARTIDA 25	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GENERAL ELECTRIC SOLAR 8000.
4	6.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL SOLICITAN: CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485 Ó TUV VIGENTE Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTE, EMITIDO POR LA COFEPRIS. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR ALGUNO DE LOS DOS CERTIFICADOS. ¿SE ACEPTA?	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL LOS OFERTANTES PODRAN PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485 Ó TUV VIGENTE Y/O COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTE.
5	PARTIDA 31	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO CARDIOCAP 5.
6	PARTIDA 34	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WALTICK MODELO ZAFIRO.
7	PARTIDA 35	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WALTICK MODELO ZAFIRO.
8	PARTIDA 36	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO UNIDAD DE ANESTESIA MARCA PLARRE/NIHON KOHDEN MODELO 9500/BSM-2353K.
9	PARTIDA 38	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GE MODELO B40I.
10	PARTIDA 39	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO UNIDAD DE ANESTESIA MARCA GENERALELECTRIC MODELO CARESTATION 620/CARESCAPE B450.
11	PARTIDA 85	DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA	SE ACEPTA SU SOLICITUD.





		CLAVE 0717 CARECE DE DETALLE Y LA MARCA T-BIRD NO EXISTE YA EN EL MERCADO, ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR CIRCUITO 1.8 M CON PUERTO Y TUBO PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL Y CON 2 TRAMPAS DE AGUA. ¿ES CORRECTO OFERTARLO DE ESTA MANERA?	
12	PARTIDA 86	DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 0865 CARECE DE DETALLE, ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR CIRCUITO 1.8 M CON RAMAL DE HUMIDIFICACIÓN Y 2 TRAMPAS DE AGUA. ¿ES CORRECTO OFERTARLO DE ESTA MANERA?	SE SOLICITA PARA LA PARTIDA 86 QUE EL TIPO DE CIRCUITO VENTILATORIO SEA PARA PACIENTE NEONATAL DEL VENTILADOR CAREFUSION MODELO AVEA.
13	PARTIDA 87	DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 0865 CARECE DE DETALLE, ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR CIRCUITO 1.8 M CON RAMAL DE HUMIDIFICACIÓN Y 2 TRAMPAS DE AGUA. ¿ES CORRECTO OFERTARLO DE ESTA MANERA?	SE SOLICITA PARA LA PARTIDA 87 QUE EL TIPO DE CIRCUITO VENTILATORIO SEA PARA PACIENTE ADULTO DEL VENTILADOR MARCA VIASYS MODELO VELA.
14	PARTIDA 185	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS MODELO EAGLE 4000.
15	PARTIDA 190	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ENCUINE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE CON CONECTOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILIPS MODELO INTELLIVUE MP40/50.
16	PARTIDA 191	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ENCUINE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE CON CONECTOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILIPS MODELO INTELLIVUE MP40/50.
17	PARTIDA 195	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ENCUINE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D MODELO VITACARE.
18	PARTIDA 268	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA	APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 268, PARA PACIENTE ADULTO CON MANEJO DE PRESIONES DEBERA DE SER DE 0 A 60 MMHG.





		PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	
19	PARTIDA 269	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 269, PARA PACIENTE NEONATAL CON MANEJO DE PRESIONES DEBERÁ DE SER DE 0 A 60 MMHG.
20	PARTIDA 270	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 CMH2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER LA VALVULA PEEP, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A20 CMH2O.	APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 270, PARA PACIENTE PEDIÁTRICO CON MANEJO DE PRESIONES DEBERÁ DE SER DE 0 A 60 MMHG.
21	PARTIDA 385	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS, FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILIPS MODELO INTELLIVUE MP60.
22	PARTIDA 26	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS, FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA.
23	PARTIDA 28	ACEPTAN BRAZALETES DE CIRCUNFERENCIA DE 3 A 6 CM.?	SE ACEPTA SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERTANTES.
24	PARTIDA 30	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS, FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D MODELO VITA CARE 2000.
25	PARTIDA 33	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS, FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY MODELO PM 6000.
26	PARTIDA 37	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA





		FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR (S) QUE SE REQUIEREN.	EL EQUIPO UNIDAD DE ANESTESIA MARCA PLARRE/NIHON KOHDEN MODELO 9500/BSM-2353K.
27	PARTIDA 125	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIERE CONECTOR PURITAN	SE SOLICITA CONECTOR PURITAN.
28	PARTIDA 143	¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN FILTROFILTRO BACTERIANO VIRAL DE FLUJO PRINCIPAL. MARCA HUDSON RCI DE 22MM I.D. X 15MM I.D./22MM O.D. EFICACIA BACTERIAL 99.999%; EFICACIA VIRAL 99.99% ESPACIO MUERTO DE 42 ML. LA RESISTENCIA DE FLUJO DE APROXIMADA 1.5 CM H2O A 60 LPM.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS OFERTANTES.
29	PARTIDA 186	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ENCUINE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS MODELO: DASH 3000/ 4000.
30	PARTIDA 194	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ENCUINE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D MODELO VITACARE.
31	PARTIDA 196	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ENCUINE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA CON CONECTOR COMPATIBLE PARA EL EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D MODELO VITACARE.
32	PARTIDA 213	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI REQUIERE MASCARILLA DESECHABLE O REUSABLE YA QUE LA DESCRIPCION DEL INSUMO MENCIONA DE SILICÓN Y DICHO MATERIAL ES REUSABLE.	PARA LA PARTIDA 213 SE SOLICITA MASCARILLA TIPO REUSABLE.
33	PARTIDA 214	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI REQUIERE MASCARILLA DESECHABLE O REUSABLE YA QUE LA DESCRIPCION DEL INSUMO MENCIONA DE SILICÓN Y DICHO MATERIAL ES REUSABLE.	PARA LA PARTIDA 214 SE SOLICITA MASCARILLA TIPO REUSABLE.
34	PARTIDA 219	¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UNA MASCARILLA NO. 6?	NO ES CORRECTO, PARA LA PARTIDA 219 SE SOLICITA QUE EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA SEA NÚMERO 4.
35	PARTIDA 227	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA	PARA LA PARTIDA 227 SE SOLICITA QUE EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA DEL MICRONEBULIZADOR SEA PARA ADULTO.





Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de 6 horas para formular y entregar por Compra Net, las preguntas que considere necesarias en relación con las respuestas emitidas, contadas a partir de la publicación de la presente acta en el portal; mismas a las que se les dará contestación el día 10 del mes de octubre del año 2024 a las 14:00 horas, en el portal CompraNet.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 14:00 horas, del 10 de octubre de 2024, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

El servidor público que preside dio inicio, señalando que después de verificar en Compranet, se constata que no se recibieron solicitudes de aclaración en relación a las respuestas emitidas por la convocante en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>

+ Carga masiva

Listado de Repreguntas

Q BUSCAR

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Repregunta	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
Sin registros						
0 registro(s) encontrado(s)						

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Propositiones	16 de octubre de 2024	14:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	21 de octubre de 2024	14:00 hrs.



De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Se hace constar en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx> para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 14 horas y 10 minutos, del día 10 de octubre del año 2024, con fundamento en el artículo 35 fracción III de la LAASSP.

Esta Acta consta de 08 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de la misma.

POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dr. Oscar Rolando Ávila Galván	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	
Ing. Alejandro Martínez Roa	Enc. de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en términos del oficio No. 30900150100/439/2024	
Denia Calderón Mariscal	Supervisor de Proyectos E2	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIÓ REPRESENTACIÓN

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS
NO ASISTIÓ REPRESENTACIÓN

-----FIN DEL ACTA -----