



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA
LA-050GYR041-E119-2022

ADQUISICION DE REFACCIONES E INSUMOS DE CONSERVACION DE EQUIPO MEDICO 2022

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 11:00 horas, del 26 de mayo de 2022, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por **Javier Guevara Davila**, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS en Tlaxcala, servidor público designado por la convocante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Estatal Tlaxcala, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área requirente, Arq. Francisco Javier Hernández Lara, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de Compranet, de la siguiente persona:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	Electrónica	07





Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	Anexo No. 1 Requerimiento	Solicitamos a la convocante indique las cantidades solicitadas para cada partida del Anexo 1 y así poder realizar una oferta adecuada para la misma.	La oferta será por precio unitario derivado que cada unidad determinará sus necesidades de acuerdo al presupuesto asignado durante la vigencia de la contrato.
2	Numeral 2, segundo inciso, pagina 8 de las bases.	Dice "El licitante podrá participar en la Convocatoria de licitación cotizando el 100% de los conceptos establecidos en la presente licitación." Entendemos que este punto no se refiere a que es obligatorio el ofertar todas las partidas presentadas en esta licitación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, se refiere a que el Licitante deberá cotizar el 100% de los conceptos. Como lo contempla la convocatoria en el numeral 3.1. TIPO DE ABASTECIMIENTO.
3	Anexo 1, partida 32.	Dice; CABLE Y SENSOR DE SO2 MCA NIHON KODEN (MOD. LIFE ESCOPE OP SIMILAR) Entendemos que hacen referencia al cable troncal y el cable adicional con el sensor. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es necesario cable troncal solo que el conector y el sensor sea compatible con el equipo.
4	Anexo 1, partida 37.	Dice; CABLE DE PACIENTE PARA MONITOR NIHON KOHDEN COMPLETO Entendemos que hacen referencia al cable troncal y el cable con latiguillos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
5	Anexo 1, partida 37.	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, solicitamos a la convocante nos aclare la cantidad de latiguillos que requieren para esta partida.	Deberá cotizar por precio unitario, la cantidad que se requerirá es de acuerdo a las necesidades de cada unidad.
6	Anexo 1, partida 183.	Dice; CABLE DE PACIENTE ECG (DEFIBRILADOR MCA NIHON KOHDEN) Entendemos que hacen referencia al cable troncal y el cable con latiguillos. ¿Es	Es correcta su apreciación.





		correcta nuestra apreciación?	
7	Anexo 1, partida 183.	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, solicitamos a la convocante nos aclare la cantidad de latiguillos que requieren para esta partida.	Deberá cotizar por precio unitario, la cantidad que se requerirá es de acuerdo a las necesidades de cada unidad.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de 6 horas para formular y entregar por Compra Net, las preguntas que considere necesarias en relación con las respuestas emitidas, contadas a partir de la publicación de la presente acta en el portal; mismas a las que se les dará contestación el día 27 del mes de mayo del año 2022 a las 11:00 horas, en el portal CompraNet.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 11:00 horas, del 27 de mayo de 2022, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

Después de verificar Compranet y constatar que no hubo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 11:30 minutos del día 27 de mayo de 2022.

Procedimiento : 1098778 - ADQUISICION DE REFACCIONES E INSUMOS DE CONSERVACION DE EQUIPO MEDICO 2022 5 de Vigente

Expediente 2444485-LA-050GYR041-E119-2022 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS DE CONSERVACIÓN DE E

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 03/06/2022 11:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos Crear Elemento

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	25/05/2022 10:30 a. m.	ENVÍO ESCRITO DE INTERÉS Y LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES	25/05/2022 11:35 a. m.	25/05/2022 11:35 a. m.	

Total 1 Página 1 de 1

Volver arriba





En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Propositiones	03 de junio de 2022	11:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	08 de junio de 2022	11:00 hrs.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Se hace constar en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Esta Acta consta de 04 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de la misma.

POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Javier Guevara Davila	Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento	
Guillermo Villanueva García	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Itsel Analy Hernández Cortés	Líder de Proyecto	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN

----- FIN DEL ACTA -----

