



Para: Lic. David Adair Aragón Cadenas.- <b>Jefe del Oficina de Adquisiciones</b>		
De: Ing. Guadalupe Ramírez Cahuich.- <b>Jefa de la División Ingeniería Biomédica</b>		Prioridad: 1
<b>Lugar:</b> Ciudad de México	<b>Fecha:</b> 15/08/2024	<b>Hora:</b> 15:00 hrs
<b>Asunto:</b> Envío de evaluación técnica, referente a la contratación del Servicio de arrendamiento de Equipo detector de rayos gamma		MEMORÁNDUM No. BIOM/HO/0060/2024

Con relación al proceso de contratación para el “Servicio de Arrendamiento de Equipo detector de rayos gamma, emitidos desde isótopos radioactivos presentes en tejidos u órganos de cuerpo humano, o gammasonda, con inclusión de radio-unidosis de nanocoloide-99m Tc de 3.0 mCi, para el servicio de Medicina Nuclear, en la UMAE Hospital de Oncología del CMN SXXI” a través de la Adjudicación Directa Nacional AA-50-GYR-050GYR051-N-129-2024, como responsable de área técnica, envío el presente dictamen técnico, derivado del análisis detallado la propuesta técnica de la empresa Medicina y Aplicaciones Médicas de México S. A. de C. V., como a continuación se señala:

Licitante	Propuesta técnica	Observaciones
Medicina y Aplicaciones Médicas de México S. A. de C. V.	Cumple	<p>Derivado de la evaluación de la propuesta técnica del licitante se señala lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Licitante presenta folleto del bien destinado a la prestación del servicio, referenciando adecuadamente la descripción técnica solicitada en el Anexo técnico.</li> <li>Presenta la solicitud de segunda prórroga del registro sanitario del insumo destinado a la prestación del servicio, así como el registro sanitario de los equipos destinados a la prestación del servicio.</li> <li>Señala mediante manifiesto bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de la normatividad aplicable.</li> <li>Presenta carta de cumplimiento de la norma ISO 13485:2016 y carta apostilla del bien.</li> <li>Integra en la propuesta una carta de garantía para los equipos ofertados.</li> </ul>

Sin otro particular envío un cordial saludo.

**Atentamente**

Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich  
**Jefa de la División Biomédica.**

