



Table with recipient information: Para: Lic. David Adair Aragón Cadenas.- Jefe del Oficina de Adquisiciones; De: Ing. Guadalupe Ramírez Cahuich.- Jefa de la División Ingeniería Biomédica; Lugar: Ciudad de México; Fecha: 03/04/2024; Hora: 16:00 hrs; Asunto: Envío de Evaluación Técnica correspondiente a la Licitación para la contratación del Servicio de arrendamiento de equipo médico, para el ejercicio 2024; MEMORÁNDUM No. BIOM/HO/027/2023

Con relación al proceso de contratación mediante Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio Electrónica LA-50-GYR-050GYR051-T-23-2024 "Arrendamiento de Equipo Nuevo de Tomografía Computada (con Inyector dual de medio de contraste) y Equipo Nuevo de Rayos X portátil, con importación de estudios de radiología e imagen al sistema de digitalización para el servicio de Radiodiagnóstico" (Binario) de la UMAE Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI, correspondiente al ejercicio 2024, como responsable de área técnica se envía el Dictamen Técnico con el análisis detallado de las propuestas técnicas

- Electronica y Medicina S. A.
• Ingeniería para el Cuidado de la Salud S.A. DE C.V.

De cual se desprenden los resultados señalados en la evaluación técnica anexa. Sin otro particular envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich
Jefe de la División Biomédica.





Análisis de las propuestas técnicas:

Table with 3 columns: Licitante, Dictamen, Observaciones. Row 1: Electrónica y Medicina S. A., Cumple, De acuerdo a lo solicitado en la convocatoria, el licitante integra en la propuesta técnica las siguientes documentales: Certificados expedidos para los fabricantes con respecto al estándar ISO 13485:2016... Row 2: Ingeniería para el Cuidado de la Salud S.A. DE C.V., No cumple, De acuerdo a lo solicitado en la convocatoria, el licitante integra en la propuesta técnica las siguientes documentales: Registro sanitario del equipo tomógrafo propuesto para la prestación del servicio... La propuesta técnica del licitante presenta incumplimiento en lo siguiente: Las características técnicas solicitadas del equipo tomógrafo, no corresponden con la propuesta del licitante en los siguientes puntos: Número de detectores físicos: número de detectores 80 o mayor...

03-04-24

Handwritten signature and stamp

