



### Acta Cierre de Junta de Aclaraciones

#### Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio "Adquisición de Consumibles de Equipo Médico" No. LA-50-GYR-050GYR051-T-19-2024

En la Ciudad de México siendo las 09:00 horas del 19 de marzo de 2024, en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología, ubicada en Avenida Cuauhtémoc No. 330, Colonia Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 3.4 de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. David Adair Aragón Cadenas, servidor público designado por la convocante Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional "Siglo XXI", quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 46 del Reglamento, una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas.

#### Repreguntas efectuadas por 1. Medical Recovery, S.A. de C.V.

1. Se aclara a la convocante que las claves en mencion no corresponden al cuadro basico interinstitucional, por lo tanto esta limitando la libre participación de mi representada, ya que las claves que se ofertan cumplen con la necesidad de esta convocante que es terapia de presion negativa, mismas que se mencionan a continuacion con las claves del Compendio Nacional de Insumos para la Salud claves: 379-561-3763-00-00,379-274-0064-00-00,379-561-1965-00-01 y 379-328-0433-00-01

#### Respuesta a la Repregunta:

No se está limitando la participación, puede ofertar sus insumos, sin embargo el área usuaria y técnica, tomarán la determinación al momento de realizar la evaluación técnica.

#### Repregunta

2. Solicito me acepte ofertar las siguientes claves para el cumplimineto del servicio de presion negativa 379-561-3763-00-00 aposito de espuma de alcohol polivinilico (pva) dimensiones 7.5 cm x 15 cm x 0.9 cm. Presentacion: caja con 10 piezas. Numero de catalogo: 66801787. Para su uso en el equipo: equipo para terapia de heridas con presion negativa, clave: 531.357.0011. Marca: smith & nephew. Modelo: renasys ez plus / renasys go/ renasys touch/ renasys edge. 379-274-0064-00-00 Deposito de 800 ml, con solidificador, presentacion: caja con 5 piezas. Numero de catalogo: 66801274. Para su uso en el equipo para terapia de heridas con presion negativa: clave 531.357.0011 marca: smith & nephew modelo: renasys touch. Con presion negativa. Clave: 531.357.0011. Marca: smith y nephew. Modelo: renasys touch

#### Respuesta a la Repregunta:

Puede ofertar sus insumos, sin embargo el área usuaria y técnica, tomarán la determinación al momento de realizar la evaluación técnica.



Acta Cierre de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio
"Adquisición de Consumibles de Equipo Médico"
No. LA-50-GYR-050GYR051-T-19-2024

Repregunta

3. Solicito me acepte ofertar las siguientes claves para el cumplimiento del servicio de presión negativa 379-561-1965-00-01. Paquete grande: incluye una espuma de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 25cm x 15cm x 3cm, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un apósito de marco de ventana para fijación, con tres películas transparentes de 20cm x 30cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua. Presentación: paquete. Número de catálogo: 66800796. Para su uso en el equipo médico: clave 531.357.0011 equipo para terapia de heridas con presión negativa. Marca: smith & nephew. En conjunto con 3 apósitos flexibles antimicrobianos impregnados con nanocristales de plata de 70 a 100 ppm, que tiene un mallado de tejido abierto 100% poliéster, que permite el paso del exudado, con efectividad comprobada de más de 360 patógenos, manteniendo la barrera antimicrobiana un mínimo de 3 días, medida 10x10cm

Respuesta a la Repregunta:

Puede ofertar sus insumos, sin embargo el área usuaria y técnica, tomarán la determinación al momento de realizar la evaluación técnica.

Repregunta

4. Solicito me acepte ofertar las siguientes claves para el cumplimiento del servicio de presión negativa 379-328-0433-00-01 esponja abdominal para terapia de presión negativa, que incluye: dos bloques de espuma de poliuretano reticulado hidrofóbico con dimensiones de 43 cm x 30 cm x 3 cm que incorporan perforada y pre-formada para facilitar la adecuación del tamaño, una capa protectora de órganos de poliuretano con medida de 89 cm x 66 cm que protege el funcionamiento de órganos abdominales de manera normal, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión con medida de 69 cm de largo y cabezal de 15 cm x 10 cm para mejor fijación, con seis películas transparentes de 20 cm x 30 cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua para ser usado con sistema renasys ez plus. Presentación: paquete. Número de catálogo: 66800980. Para su uso en el equipo: equipo para terapia de heridas

Respuesta a la Repregunta:

Puede ofertar sus insumos, sin embargo el área usuaria y técnica, tomarán la determinación al momento de realizar la evaluación técnica.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

Table with 3 columns: EVENTO, FECHA, HORA. Row 1: Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 25 de marzo de 2024, 11:00 hrs.





Acta Cierre de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio
"Adquisición de Consumibles de Equipo Médico"
No. LA-50-GYR-050GYR051-T-19-2024

Table with 3 columns: Acto de Fallo, 03 de abril de 2024, 15:00 hrs.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx/ para efectos de su notificación.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 10:30 horas, del día 19 del mes de marzo del año 2024.

Esta Acta consta de 3 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

Table with 4 columns: Nombre, Cargo, Firma, Antefirma. Rows include Lic. David Adair Aragón Cadenas and Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich.

Por el Organismo Interno de Control

Table with 4 columns: Nombre, Cargo, Firma, Antefirma. Row: Sin asistencia.

----- FIN DEL ACTA -----

