



Para: Lic. Milton de Jesús Sánchez Avelar.- Enc. de la jefatura de la Oficina de Adquisiciones	
De: Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich.- Jefe de División de Ingeniería Biomédica	Prioridad: 1
Lugar: Ciudad de México	Fecha: 21/04/2025
Asunto: Envío de Evaluación Técnica	Memórandum N°. BIO/HO/40/2025

Con relación al proceso de contratación referente a la Adquisición de Consumibles de Equipo Médico, para el ejercicio 2025 (desiertas, segunda vuelta)" en la UMAE Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI, a través de la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-50-GYR-050GYR051-T-21-2025 y, como área técnica, por medio del presente envío la evaluación y análisis de la propuesta técnica de las empresas que a continuación señalo:

1. Aztec medic SA de CV
2. Baxter healthcare México S de RL DE CV
3. Grupo Moravi SA DE CV
4. Innovación medica y tecnologías para la salud MX SA DE CV
5. Provedora medica CELMAG SA DE CV
6. Vitaned medical S A P I DE CV

Sin otro particular envío un cordial saludo.

Atentamente



Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich.
Jefe de División de Ingeniería Biomédica





Análisis de las propuestas bajo el esquema de evaluación binaria.

No.	Empresa	Partidas	Evaluación	Observaciones
1	Aztec medic SA de CV	5. Línea de muestreo de gases anestésicos	Cumple	El licitante presenta DOF con listado de exención del insumo ofertado respecto al registro sanitario, aviso de funcionamiento, carta respaldo, carta de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y folleto del insumo ofertado.
2	Baxter healthcare México S DE RL de CV	4. Equipo para administración de soluciones con venteo	Cumple	El licitante presenta cartas de cumplimiento del ISO13485, carta apostilla y de respaldo, modificación del registro sanitario y folleto del insumo ofertado,
	Grupo Moravi SA de CV	15. Manómetro de presión para neumotaponador	Cumple	Presenta aviso de funcionamiento, modificación de registro sanitario, carta de respaldo el fabricante, certificados ISO y folleto.
4	Innovación medica y tecnologías para la salud MX SA de CV	8.Sensor desechable para monitoreo de profundidad anestésica	Cumple	Presenta modificación de registro sanitario, carta de respaldo el fabricante, certificados ISO y folleto.
		9. Sensor desechable para monitoreo NIRS	Cumple	Presenta prórroga de registro sanitario, carta de respaldo el fabricante, certificados ISO, folleto, carta de respaldo del fabricante de insumo y equipo en comodato.
5	Proveedora medica celmag SA de CV	2. Aguja de acero inoxidable, desechable para obtención de medio de contraste	Cumple	El licitante presenta carta de respaldo del fabricante, aviso del funcionamiento, modificación del registro sanitario del insumo ofertado, asimismo integra la prórroga del registro sanitario del equipo en comodato. Presenta los folletos correspondientes





6	Sociedad corporativa para la salud SA de CV	3. Aplicador estéril, desechable, flexible para marcar radiográficamente el tejido mamario	Cumple	El licitante presenta modificación del registro sanitario del insumo ofertado, asimismo integra la prórroga del registro sanitario del equipo en comodato. Presenta los folletos correspondientes.
		6. Marcador de sitio con doble anclaje "v-mark", con soporte de titanio.	Cumple	El licitante presenta modificación del registro sanitario del insumo ofertado, asimismo integra la prórroga del registro sanitario del equipo en comodato. Presenta los folletos correspondientes.
		10. Sonda de biopsia mamaria calibre 4.0 mm (10G)	Cumple	El licitante presenta modificación del registro sanitario del insumo ofertado, asimismo integra la prórroga del registro sanitario del equipo en comodato. Presenta los folletos correspondientes.
7	Vitaned medicaL S A P I de CV	15. Manómetro de presión para neumotaponador	Cumple	El licitante presenta certificados ISO 13485, cartas de cumplimiento de normas, registro sanitario vigente, carta de respaldo del fabricante y folletos.

Atentamente


 Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich.
Jefe de División de Ingeniería Biomédica

