



Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional
"Arrendamiento de Equipo nuevo de detector de rayos gamma, emitidos desde isótopos radioactivos presentes en tejidos u órganos de cuerpo humano o gammasonda"
No. LA-50-GYR-050GYR051-N-37-2025

En la Ciudad de México siendo las 10:00 horas, del día 17 de junio de 2025, en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología, ubicada en Avenida Cuauhtémoc No. 330, Colonia Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 3.4 de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. José Carlos Sánchez Camacho, servidor público designado por la convocante Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional "Siglo XXI", quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley sustantiva en la materia, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma electrónica a través del portal Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, no se les permitirá a los licitantes formular preguntas.

El presidente del acto, fue asistido por el representante del área técnica, la Víctor Alfonso Martínez Díaz, la cual solventa las preguntas de carácter técnico; y el representante del área contratante, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través del portal Compras MX de las siguientes personas:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Forma de Presentación	No. de Preguntas
1	Medicina y Aplicaciones Medicas de Mexico, S.A. de C.V.	Portal Compras MX	2

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:





Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional

"Arrendamiento de Equipo nuevo de detector de rayos gamma, emitidos desde isótopos radioactivos presentes en tejidos u órganos de cuerpo humano o gammasonda"

No. LA-50-GYR-050GYR051-N-37-2025

Preguntas efectuadas por: 1. Medicina y Aplicaciones Medicas de Mexico, S.A. de C.V.

1. Solicita a la convocante precisar si las características técnicas a utilizar para referenciar el equipo solicitado son las que se encuentran en el archivo PDF denominado "anexo técnico", ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta:

Es correcta su apreciación, aunado a esto podrá encontrar el Anexo Uno. Anexo Técnico en la convocatoria de la licitación.

Preguntas efectuadas por: 1. Medicina y Aplicaciones Medicas de Mexico, S.A. de C.V.

2. La convocante solicita opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en sentido positivo y vigente el día de la carga de su propuesta, así mismo deberá de seguir positiva el día del fallo, solicitamos a la convocante que nos permita presentar la opinión de cumplimiento con fecha de emisión dentro de las 72 horas antes del acto de presentación y apertura de propuestas, con el compromiso de que en caso de resultar adjudicado se presentará la opinión en sentido positivo vigente al día de la formalización del contrato ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta:

Se acepta su solicitud, siempre y cuando el día que se cargue o suba su propuesta al portal Compras MX se encuentre vigente, como se menciona en el numeral 4.1.5 de la convocatoria.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de seis horas para formular y remitir por el portal Compras MX, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mismas a las que se les dará contestación a través del portal Compras MX.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/> para efectos de su notificación.

Se da por terminada la presente junta, siendo las 11:30 horas, del día 17 del mes de junio del año 2025.

Esta Acta consta de 3 páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.



Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional
"Arrendamiento de Equipo nuevo de detector de rayos gamma, emitidos desde isótopos radioactivos presentes en tejidos u órganos de cuerpo humano o gammasonda"
No. LA-50-GYR-050GYR051-N-37-2025

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre	Cargo	Firma	Antefirma
Lic. José Carlos Sánchez Camacho	Encargado del Departamento de Abastecimiento (Área Contratante)		
Lic. David Adair Aragón Cadenas	Jefe de la Oficina de Adquisiciones (Área Contratante)		
Dr. Víctor Alfonso Martínez Díaz	Jefe del Departamento de Medicina Nuclear (Área Técnica)		

Por el Órgano Interno de Control

Nombre	Firma	Antefirma
Sin asistencia		

----- Fin del acta -----

