




Para: Lic. Milton de Jesús Sánchez Avelar.- Enc. de Oficina de Adquisiciones		
De: Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich.- Jefe de División de Ingeniería Biomédica		Prioridad: 1
Lugar: Ciudad de México	Fecha: 17/08/2026	
Asunto: Envío de Evaluación Técnica Consumibles 2º parte	Memórandum N°. BIO/HO/42/2026	

Con relación al proceso de contratación referente a la "Adquisición de Consumibles de Equipo Médico" (Binario) en la UMAE Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI, a través de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica LA-50-GYR-050GYR051-T-24-2026 y, como jefa del División de Ingeniería Biomédica y área técnica, por medio del presente envío la evaluación y análisis de la propuesta técnica de las empresas que a continuación señalo:

1. Asesoría Comercializadora y Desarrollo Creso S.A. de C.V.
2. Comercializadora Stadel del Norte S.A. de C.V.
3. Corporativo MS Sistemas Médicos S.A. de C.V.
4. Endomédica S.A. de C.V.
5. Endoscopia e Imagen Medic S.A. de C.V.
6. Johnson & Johnson Medical México S.A. de C.V.
7. Kendall de México S.A. de C.V.
8. Levbeth Medical S.A. de C.V.
9. Siemens Healthcare Diagnostics S. de R. L. de C.V.
10. Sociedad Corporativa Para La Salud S.A. de C.V.
11. Soluciones Digitales Latinoamericanas S.A. de C.V.
12. Tecno comercial Paktli S.A. de C.V.



Sin otro particular envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich.
Jefe de División de Ingeniería Biomédica





Análisis de las propuestas bajo el esquema de evaluación binaria.

Empresa		Partidas	Evaluación de las partidas	
			Cumple	Observaciones
1	Asesoría Comercializadora y Desarrollo Creso S.A. de C.V.	74	74	Ninguna
2	Comercializadora Stadel del Norte S.A. de C.V.	6	6	Ninguna
3	Corporativo MS Sistemas Médicos S.A. de C.V.	6	6	Ninguna
4	Endomedica S.A. de C.V.	14, 43, 52, 53, 54, 55, 83	14, 43, 52, 53, 54, 55, 83	Ninguna
5	Endoscopia e Imagen Medic S.A. de C.V.	55	55	Ninguna
6	Johnson & Johnson Medical México S.A. de C.V.	65	65	Ninguna
7	Kendall de México S.A. de C.V.	16	16	Ninguna
8	Levbeth Medical S.A. de C.V.	14, 15, 33, 34, 41, 42, 52, 53, 54, 55	14, 15, 33, 34, 41, 42, 52, 53, 54, 55	Ninguna
9	Siemens Healthcare Diagnostics S. de R. L. de C.V.	40	40	Ninguna
10	Sociedad Corporativa Para La Salud S.A. de C.V.	7, 27, 39, 52, 53, 54, 71, 84	7, 27, 39, 71, 84	Las partidas 52, 53, 54 no cumplen con las dimensiones de los insumos solicitados.





11	Soluciones Digitales Latinoamericanas S.A. de C.V.	5, 6, 7, 14, 15, 27, 34, 39, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 62, 65, 70, 72, 74	Ninguna	Para todas las partidas ofertadas, no presenta catálogos, fotografías, manuales o folletos para verificar las características de los insumos solicitados, tampoco presenta cartas de respaldo del fabricante y registros sanitarios.
12	Tecno comercial Paktli S.A. de C.V.	72	Ninguna	La partida 72 se presenta en otra presentación a la solicitada, además no presenta registro sanitario vigente.

Atentamente

Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich.
Jefe de División de Ingeniería Biomédica

