



Para: Lic. Milton de Jesús Sánchez Avelar.- Enc. de Oficina de Adquisiciones		
De: Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich.- Jefe de División de Ingeniería Biomédica		Prioridad: 1
Lugar: Ciudad de México	Fecha: 08/05/2026	
Asunto: Envío de Evaluación Técnica	Memórandum N°. BIO/HO/33/2026	

Con relación al proceso de contratación para el "Arrendamiento de Máquinas de Anestesia y Monitores de Signos Vitales para el Servicio de Anestesia", a través de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR051-N-27-2026 y, como responsable de área técnica, por medio del presente envío el Evaluación Técnica correspondiente al análisis detallado las propuestas técnicas de los licitantes:


- Biohealth Servicios Integrales de Salud, S.A.P.I. de C.V.
- Casa Plarre, S.A. de C.V.
- Distribuidora de Equipo Médico e Industrial de México, S.A. de C.V.
- Inovamedik, S.A. de C.V.
- Minaric, S.A. de C.V.
- Tecnomedics, S.A. de C.V.

Los resultados se señalan a en el análisis anexo.

Sin otro particular envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich
Jefe de la División de Ingeniería Biomédica





Empresa Biohealth Servicios Integrales de Salud, S.A.P.I. de C.V.

Aspecto de evaluación	Análisis	Cumplimiento
I. Documentación técnica completa y legible	El licitante integra en su propuesta la documentación técnica requerida, legible y congruente, incluyendo folletos, catálogos y/o manuales para referenciar las características solicitadas.	No cumple
II. Cumplimiento de las especificaciones técnicas: Máquinas de anestesia	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas ofertando máquinas de anestesia marca Mindray, modelo Wato 65 con monitor Mindray modelo Benevision N15, no obstante, la tecnología ofertada es de fabricación en un país que no tiene tratados de libre comercio con México.	
III. Cumplimiento de especificaciones: Monitores de signos vitales	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas, ofertando monitores de la marca Nihon Kohden, modelo Life Scope TR BMS-6701K	
IV. Antigüedad de los equipos	Presenta carta compromiso en la que señala que los equipos no cuentan con más de 5 años de antigüedad.	
V. Licencias, registros y normatividad sanitaria	Certificado ISO 13485:2016 Nihon Khoden y Mindray, prórroga registro sanitario Nihon Khoden y modificación registro sanitario Mindray vigentes,	
VI. Constancia de visita a instalaciones o carta compromiso	Presenta carta compromiso de instalación de asumiendo la responsabilidad.	
VII. Cartas bajo protesta y compromisos contractuales	Presenta carta de uso ilimitado, carta de importación, cartas garantía y centros de servicio.	

Empresa Casa Plarre, S.A. de C.V.

Aspecto de evaluación	Análisis	Cumplimiento
I. Documentación técnica completa y legible	El licitante integra en su propuesta la documentación técnica requerida, legible y congruente, incluyendo folletos, catálogos y/o manuales para referenciar las características solicitadas.	Cumple
II. Cumplimiento de las especificaciones técnicas: Máquinas de anestesia	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas, ofertando máquina de anestesia Biossmann con monitor de signos vitales marca Plarre modelo SV17.	
III. Cumplimiento de especificaciones: Monitores de signos vitales	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas mediante monitor de signos vitales marca Plarre, modelo SV17	
IV. Antigüedad de los equipos	Presenta documental en la que señala que los equipos no contarán con más de 5 años de antigüedad.	
V. Licencias, registros y normatividad sanitaria	Presenta certificados ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016, así como, cartas de cumplimiento de las NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos y NOM-241-SSA1-2025, Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos.	
VI. Constancia de visita a instalaciones o carta compromiso	Presenta constancia de visita a las instalaciones	
VII. Cartas bajo protesta y compromisos contractuales	Carta de uso ilimitado presenta, Presenta carta de garantía de los bienes a arrendar.	





Empresa Distribuidora de Equipo Médico e Industrial de México, S.A. de C.V.

Aspecto de evaluación	Análisis	Cumplimiento
I. Documentación técnica completa y legible	El licitante integra en su propuesta la documentación técnica requerida, legible y congruente, incluyendo folletos, catálogos y/o manuales para referenciar las características solicitadas.	No cumple
II. Cumplimiento de las especificaciones técnicas – Máquinas de anestesia	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas, no obstante la tecnología ofertada es de fabricación en un país que no tiene tratados de libre comercio con México.	
III. Cumplimiento de especificaciones – Monitores de signos vitales	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas, no obstante la tecnología ofertada es de fabricación en un país que no tiene tratados de libre comercio con México.	
IV. Antigüedad de los equipos	Presenta documental en la que señala que los equipos no tendrán con más de 5 años de antigüedad.	
V. Licencias, registros y normatividad sanitaria	Presenta documentales referentes a los registros sanitarios y prórrogas vigentes de las tecnologías ofertadas, Certificados ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
VI. Constancia de visita a instalaciones o carta compromiso	Presenta carta compromiso de instalación de los bienes a arrendar, referente a la visita a las instalaciones.	
VII. Cartas bajo protesta y compromisos contractuales	Presenta carta garantía, carta de uso ilimitado y carta de importación.	

Empresa Inovamedik, S.A. de C.V.

Aspecto de evaluación	Análisis	Cumplimiento
I. Documentación técnica completa y legible	El licitante integra en su propuesta la documentación técnica requerida, legible y congruente, incluyendo catálogos y manuales para referenciar las características solicitadas.	Cumple
II. Cumplimiento de las especificaciones técnicas: Máquinas de anestesia	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas, ofertando máquina de anestesia marca Dräger modelo Atlan A350XL con monitor de signos vitales marca Dräger modelo Infinity C500 + M540.	
III. Cumplimiento de especificaciones: Monitores de signos vitales	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas mediante monitor de signos vitales marca QMG, modelo Necesse 1000	
IV. Antigüedad de los equipos	Presenta documental señalando que los bienes ofertados no tendrán antigüedad mayor a 5 años.	
V. Licencias, registros y normatividad sanitaria	Presenta certificados ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 de los fabricantes de la tecnología ofertada, así como, cartas de cumplimiento de las NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos y NOM-241-SSA1-2025, Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos.	
VI. Constancia de visita a instalaciones o carta compromiso	Presenta carta compromiso de instalación de los bienes a arrendar y constancia de la visita a las instalaciones.	
VII. Cartas bajo protesta y compromisos contractuales	Presenta carta de respaldo del fabricante, carta de no restricciones para los monitores de signos vitales, carta garantía de los bienes ofertados, carta de uso ilimitado, carta de no requerimiento de licencias adicionales, carta de garantía.	





Empresa Minaric, S.A. de C.V.

Aspecto de evaluación	Análisis	Cumplimiento
I. Documentación técnica completa y legible	El licitante integra en su propuesta la documentación técnica legible y congruente, sin embargo, no presenta la constancia autorizada de Prórroga del Registro sanitario	No cumple
II. Cumplimiento de las especificaciones técnicas – Máquinas de anestesia	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas, ofertando máquina de anestesia marca Medica D modelo Morfeus series 3000 con monitor de signos vitales modelo Logicare Series 2000.	
III. Cumplimiento de especificaciones – Monitores de signos vitales	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas, ofertando monitor de signos vitales marca Medica D modelo Morfeus series 3000 con modelo Logicare Series 2000.	
IV. Antigüedad de los equipos	No integra en su propuesta documental que garantice la antigüedad mínima solicitada de los bienes ofertados para el arrendamiento.	
V. Licencias, registros y normatividad sanitaria	Presenta certificado de buenas prácticas, registro sanitario vigente y carta de haber realizado prorroga de registro, cartas de cumplimiento de las NOM-137-SSA1-2008 y NOM-241-SSA1-2025	
VI. Constancia de visita a instalaciones o carta compromiso	Presenta carta compromiso de instalación de los bienes a arrendar, referente a la visita a las instalaciones.	
VII. Cartas bajo protesta y compromisos contractuales	Presenta carta de uso sin restricciones y carta de garantía firmadas por el representante legal.	

Empresa Tecnomedics, S.A. de C.V.

Aspecto de evaluación	Análisis	Cumplimiento
I. Documentación técnica completa y legible	El licitante integra en su propuesta la documentación técnica legible y congruente, sin embargo, no oferta la documentación referente a las máquinas de anestesia.	No cumple
II. Cumplimiento de las especificaciones técnicas: Máquinas de anestesia	El licitante no oferta ninguna tecnología con los requisitos y características solicitadas.	
III. Cumplimiento de especificaciones: Monitores de signos vitales	El licitante presenta tecnología con los requisitos y características solicitadas mediante monitor de signos vitales marca Tecnomedics, modelo Serie V5	
IV. Antigüedad de los equipos	No integra en su propuesta documental que garantice la antigüedad mínima solicitada de los bienes ofertados para el arrendamiento.	
V. Licencias, registros y normatividad sanitaria	Presenta certificados ISO 13485 e ISO 9001:2015 y registro sanitario vigente de los monitores de signos vitales ofertados.	
VI. Constancia de visita a instalaciones o carta compromiso	Presenta carta compromiso de instalación de los bienes a arrendar y constancia de la visita a las instalaciones.	
VII. Cartas bajo protesta y compromisos contractuales	En lo referente a los monitores de signos vitales presenta carta de capacitación, carta de uso sin restricciones, carta de garantía, calendario de mantenimientos, centro de servicio.	

