Memorándum Interno

Para: **Lic. Milton de Jesus Sanchez Avelar** Encargado de la Oficina de Adquisiciones		
De: **Dr. Héctor Martínez Gómez** Jefe de la División de Cirugía (Área Técnica)		Prioridad: 1
Lugar: Ciudad de México	Fecha: 09 Junio 2026	Hora: 13:00 hrs.
Asunto: Evaluación Técnica		**MEMORÁNDUM No.** DC/**52**/2026

Con base al memorándum interno **ADQ/1096/2026**, en el que nos solicita la evaluación de las propuestas presentadas por los proveedores para la adquisición de Material de Osteosíntesis y Endoprótesis, segunda vuelta, se analizaron a los siguientes proveedores y sus productos propuestos que se anuncian aquí:

Licitante:

1.- Kendall de México, S.A de C.V.

Partida No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Malla hecha de material textil de poliéster monofilamento tridimensional. Con uno de sus lados cubiertos de una película absorbible, continua e hidrofílica. Esta película está hecha de una mezcla de colágeno porcino y glicerol. La película de colágeno se degrada esencialmente en menos de 1 mes. El material textil presenta una marca de poliéster colocada en el centro, en el lado opuesto de la película, que ayuda a centrar y orientar la malla. Dimensiones de 37 x 28 cm	Pieza	20
2	Malla hecha de material textil de poliéster monofilamento tridimensional. Con uno de sus lados cubiertos de una película absorbible, continua e hidrofílica. Esta película está hecha de una mezcla de colágeno porcino y glicerol. La película de colágeno se degrada esencialmente en menos de 1 mes. El material textil presenta una marca de poliéster colocada en el centro, en el lado opuesto de la película, que ayuda a centrar y orientar la malla. Dimensiones de 25 x 20 cm	Pieza	15

De acuerdo con las características ofertadas técnicamente el Licitante cumple con todas y cada una de las características solicitadas

UMAE Hospital de Oncología
Centro Médico Nacional Siglo XXI
IMSS 09 JUN 2026 IMSS
RECIBIDO
ADQUISICIONES

2026 año de Margarita Maza

Licitante:

2.- Vitalmex Comercial S.A de C.V.

Partida No.	Descripción	Unidad	Cantidad
5	Kit de perfusión hipertérmica intraperitoneal. Compatible con sistema dedicado para HIPEC (quimioterapia hipertérmica intraperitoneal). Sistema de calentamiento por medio de una placa metálica. Dos bombas peristálticas: una para flujo de entrada y una para flujo de salida. Sistema con báscula para el control del volumen del paciente. Flujo de 100 a 2000 ml/min. Con 8 sondas de temperatura. Con 6 sensores de presión. Con función para by-pass. Con dos pinzas eléctricas para el manejo automático del procedimiento. Pantalla táctil a color de 12". Visualización en tiempo real de temperatura. Batería de respaldo hasta para 2 horas de autonomía. Impresora integrada. Fecha no mayor a 5 años de fabricación	Pieza	15

De acuerdo con las características ofertadas técnicamente el Licitante cumple con todas y cada una de las características solicitadas

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

Dr. Héctor Martínez Gómez
Jefe de la División de Cirugía