



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-050GYR046-E40-2022**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "**CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN**", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2022.

ACLARACIONES GENERALES

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-050GYR046-E40-2022** PARA LA ADQUISICIÓN DE **CONSUMIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN** PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA:

SE INFORMA QUE SE EXCLUYE DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN LA CLAVE 379.327.0798.00.01 EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON VENTEO PACLITAXEL, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO. 10 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. TUBERIA RECUBIERTA DE POLIETILENO, SEGMENTO DE LA BOMBA LIBRE DE DEHP. CONSTA DE: FILTRO INTERMEDIO DE FLUJO DE ALTA PRESION DE 0.22 MICRAS, SITIO DE INYECCION, ADAPTADOR LUER LOCK. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C8857

EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERÁ ENTREGAR EL INVENTARIO DE LOS EQUIPOS (BOMBAS DE INFUSIÓN) ASI COMO EL SERVICIO USUARIO QUE LOS RECIBE, EN LA DIVISIÓN DE INGENIERIA BIOMÉDICA 15 DÍAS DESPUES DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS.

DICE:
ANEXO 15

NOTA IMPORTANTE:

DEBERÁ ENTREGAR LA MUESTRA DEBIDAMENTE ETIQUETADA CON CLAVE, DESCRIPCIÓN Y NOMBRE DEL PROVEEDOR EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2021 DE 09:00 A 13:00 HORAS, EN: DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA PRIMER PISO, TORRE DE ENSEÑANZA DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO" HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA, SITA EN CALLE 2 NORTE No. 2004 COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE

DEBE DECIR:
ANEXO 15

NOTA IMPORTANTE:

DEBERÁ ENTREGAR LA MUESTRA DEBIDAMENTE ETIQUETADA CON CLAVE, DESCRIPCIÓN Y NOMBRE DEL PROVEEDOR EL DÍA **28 DE MARZO 2022 DE 09:00 A 13:00 HORAS**, EN: DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA PRIMER PISO, TORRE DE ENSEÑANZA DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO" HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA, SITA EN CALLE 2 NORTE No. 2004 COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA A LAS BASES SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE Y POR ESCRITO LOS LICITANTES HAN FORMULADO, CON SU RESPECTIVA RESPUESTA POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO QUE TIENEN INGERENCIA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTA LICITACIÓN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR LOS LICITANTES QUE CONTIENEN ÉSTAS, RUBRICADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN ESTE ACTO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

Número	Preguntas	Respuestas
1	1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Solicitamos a la H. Convocante nos ratifique que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para ejecutar el contrato que se derive del presente evento, tal como lo indica el numeral 1.3	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ASIGNADA A ESTA LICITACION
2	ANEXO NÚMERO 1 (UNO) RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONVOCATORIA Solicitamos atentamente a la H. Convocante nos confirme que en caso de NO APLICAR algún documento y/o anexo relacionado en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) y en la convocatoria del presente evento, el no presentarlo no será motivo de desechamiento o nos permita presentarlo con la leyenda de NO APLICA.	PODRÁ PRESENTARLOS CON LA LEYENDA DE NO APLICA

B).- DE CARÁCTER LEGAL (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

Número	Preguntas	Respuestas
--------	-----------	------------



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-050GYR046-E40-2022**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2022.

3	<p>SISTEMA COMPRANET 1.1.3 ACTA CONSTITUTIVA</p> <p>Solicitamos de la manera más atenta a H. Convocante se acepte integrar en este punto el Acta Constitutiva Inicial, el Acta Compulsa que contiene todas las modificaciones de la Constitución de la Sociedad, así como la última modificación. ¿Favor de aclarar?</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA.
---	--	------------------------------------

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

Número:	Preguntas	Respuestas																										
4	<p>ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Reng</th> <th>Gpo</th> <th>Gen</th> <th>Esp</th> <th>Dif</th> <th>Var</th> <th>Descripción</th> <th>Unimed</th> <th>Cantpres</th> <th>Tipopres</th> <th>Mínimo</th> <th>Máximo</th> <th>MUESTRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">379</td> <td style="text-align: center;">327</td> <td style="text-align: center;">0798</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td> <p>EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON VENTEO PACLITAXEL, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO. 10 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. TUBERIA RECUBIERTA DE POLIETILENO, SEGMENTO DE LA BOMBA LIBRE DE DEHP. CONSTA DE: FILTRO INTERMEDIO DE FLUJO DE ALTA PRESION DE 0.22 MICRAS, SITIO DE INYECCION, ADAPTADOR LUER LOCK. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7553. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0344 BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. MARCA: BAXTER. MODELO: COLLEAGUE.</p> </td> <td style="text-align: center;">EQP</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">EQP</td> <td style="text-align: center;">384</td> <td style="text-align: center;">960</td> <td style="text-align: center;">FAVOR DE OFERTAR EL NUMERO DE CATALOGO: 2C8857 SE REQUIERE MUESTRA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tomando en consideración que el proveedor que resulte adjudicado deberá proveer de 83 BOMBAS DE 1 CANAL Y 168 BOMBAS DE 3 CANALES, HACIENDO UN TOTAL DE 251 BOMBAS DE INFUSIÓN SIN COSTO ALGUNO, notificamos a ustedes que la clave 379.327.0798.00.01 es un set especializado, mayormente ofertado con producto importado a través de un evento abierto, por lo que, al tratarse de una Internacional Bajo Cobertura de Tratados se corre el riesgo de que dicha clave no cumpla con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado, ya que el producto se fabrica en Costa Rica y se importa desde USA, para ser valorado para la aplicación de origen este debe ser embarcado e importado desde Costa Rica directamente. Solicitamos muy atentamente a esa H. Convocante, considerar cambiar el Carácter de la licitación a Una Licitación Internacional Abierta para la compra de la clave 379.327.0798.00.01.</p>	Reng	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Unimed	Cantpres	Tipopres	Mínimo	Máximo	MUESTRA	1	379	327	0798	00	01	<p>EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON VENTEO PACLITAXEL, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO. 10 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. TUBERIA RECUBIERTA DE POLIETILENO, SEGMENTO DE LA BOMBA LIBRE DE DEHP. CONSTA DE: FILTRO INTERMEDIO DE FLUJO DE ALTA PRESION DE 0.22 MICRAS, SITIO DE INYECCION, ADAPTADOR LUER LOCK. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7553. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0344 BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. MARCA: BAXTER. MODELO: COLLEAGUE.</p>	EQP	1	EQP	384	960	FAVOR DE OFERTAR EL NUMERO DE CATALOGO: 2C8857 SE REQUIERE MUESTRA	<p>RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES.</p>
Reng	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Unimed	Cantpres	Tipopres	Mínimo	Máximo	MUESTRA																
1	379	327	0798	00	01	<p>EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON VENTEO PACLITAXEL, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO. 10 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. TUBERIA RECUBIERTA DE POLIETILENO, SEGMENTO DE LA BOMBA LIBRE DE DEHP. CONSTA DE: FILTRO INTERMEDIO DE FLUJO DE ALTA PRESION DE 0.22 MICRAS, SITIO DE INYECCION, ADAPTADOR LUER LOCK. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7553. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0344 BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. MARCA: BAXTER. MODELO: COLLEAGUE.</p>	EQP	1	EQP	384	960	FAVOR DE OFERTAR EL NUMERO DE CATALOGO: 2C8857 SE REQUIERE MUESTRA																
5	<p>ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Reng</th> <th>Gpo</th> <th>Gen</th> <th>Esp</th> <th>Dif</th> <th>Var</th> <th>Descripción</th> <th>Unimed</th> <th>Cantpres</th> <th>Tipopres</th> <th>Mínimo</th> <th>Máximo</th> <th>MUESTRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">379</td> <td style="text-align: center;">327</td> <td style="text-align: center;">0798</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td> <p>EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON VENTEO PACLITAXEL, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO. 10 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. TUBERIA RECUBIERTA DE POLIETILENO, SEGMENTO DE LA BOMBA LIBRE DE DEHP. CONSTA DE: FILTRO INTERMEDIO DE FLUJO DE ALTA PRESION DE 0.22 MICRAS, SITIO DE INYECCION, ADAPTADOR LUER LOCK. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7553. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0344 BOMBA DE INFUSION</p> </td> <td style="text-align: center;">EQP</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">EQP</td> <td style="text-align: center;">384</td> <td style="text-align: center;">960</td> <td style="text-align: center;">FAVOR DE OFERTAR EL NUMERO DE CATALOGO: 2C8857 SE REQUIERE MUESTRA</td> </tr> </tbody> </table>	Reng	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Unimed	Cantpres	Tipopres	Mínimo	Máximo	MUESTRA	1	379	327	0798	00	01	<p>EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON VENTEO PACLITAXEL, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO. 10 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. TUBERIA RECUBIERTA DE POLIETILENO, SEGMENTO DE LA BOMBA LIBRE DE DEHP. CONSTA DE: FILTRO INTERMEDIO DE FLUJO DE ALTA PRESION DE 0.22 MICRAS, SITIO DE INYECCION, ADAPTADOR LUER LOCK. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7553. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0344 BOMBA DE INFUSION</p>	EQP	1	EQP	384	960	FAVOR DE OFERTAR EL NUMERO DE CATALOGO: 2C8857 SE REQUIERE MUESTRA	<p>RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES.</p>
Reng	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Unimed	Cantpres	Tipopres	Mínimo	Máximo	MUESTRA																
1	379	327	0798	00	01	<p>EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES CON VENTEO PACLITAXEL, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO. 10 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. TUBERIA RECUBIERTA DE POLIETILENO, SEGMENTO DE LA BOMBA LIBRE DE DEHP. CONSTA DE: FILTRO INTERMEDIO DE FLUJO DE ALTA PRESION DE 0.22 MICRAS, SITIO DE INYECCION, ADAPTADOR LUER LOCK. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7553. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0344 BOMBA DE INFUSION</p>	EQP	1	EQP	384	960	FAVOR DE OFERTAR EL NUMERO DE CATALOGO: 2C8857 SE REQUIERE MUESTRA																



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-050GYR046-E40-2022**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "**CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN**", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2022.

		VOLUMETRICA. MARCA: BAXTER. MODELO: COLLEAGUE.	
	<p>En caso de negativa a la pregunta anterior, tomando en consideración que el proveedor que resulte adjudicado deberá proveer de 83 BOMBAS DE 1 CANAL Y 168 BOMBAS DE 3 CANALES, HACIENDO UN TOTAL DE 251 BOMBAS DE INFUSIÓN SIN COSTO ALGUNO, notificamos a ustedes que la clave 379.327.0798.00.01 es un set especializado, mayormente ofertado con producto importado a través de un evento abierto, por lo que, al tratarse de una Internacional Bajo Cobertura de Tratados se corre el riesgo de que dicha clave no cumpla con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado, ya que el producto se fabrica en Costa Rica y se importa desde USA, para ser valorado para la aplicación de origen este debe ser embarcado e importado desde Costa Rica directamente. Solicitamos muy atentamente a esa H. Convocante, considerar la compra de la clave 379.327.0798.00.01 a través de un evento independiente Abierto.</p>		
6	6.1 PROPUESTA TÉCNICA: En relación con el apartado Adjudicación LA-050GYR046-E40-2022, al respecto solicitamos se nos confirme que la asignación de las cuatro partidas se realizará a un solo proveedor. Esta consulta se hace en virtud de que la entidad está solicitando la entrega y/o dotación de "83 BOMBAS DE 1 CANAL Y 168 BOMBAS DE 3 CANALES, HACIENDO UN TOTAL DE 251 BOMBAS DE INFUSIÓN SIN COSTO ALGUNO", y realizar una asignación por partida a diferentes proveedores no es viable proporcionar la cantidad de equipos requeridos en la licitación. Favor de aclarar.		SE ASIGNARA A UN SOLO PROVEEDOR QUE OFERTE LAS PARTIDAS SOLICITADAS.
7	ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA Solicitamos muy atentamente a la H. Convocante nos clarifique la fecha en que serán entregadas la muestras, ya que la fecha que indica en la convocatoria es: DÍA 10 DE DICIEMBRE 2021 DE 09:00 A 13:00 HORAS , favor de aclarar.		RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES.

DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA Y AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 46 DE SU REGLAMENTO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS OBSERVACIONES GENERALES Y ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN

ESTA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EL ACTA DE ESTE EVENTO SE PONE, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, A DISPOSICIÓN, EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO", EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE. POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES; SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO, ASÍ MISMO SE COMUNICA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA **29 DE MARZO DE 2022 A LAS 10:00 HORAS**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-050GYR046-E40-2022**, SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y AÑO, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, INFORMÁNDOLES QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0) POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

 LIC. MARGARITA LAURA CERÓN LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 ING. EFREN CAMARILLO PÉREZ DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	 C.P. ZURY SADA Y HERRERA MORA ANALISTA COORDINADOR