



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2023**.

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", UBICADA EN CALLE 2 NORTE No. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA ANTES MENCIONADA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN II, 27, 28, FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 28, 31, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 81, 84, 86, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **21 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**.

EN USO DE LA PALABRA LA LIC. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", QUIEN PRESIDE EL ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO, CON EL PROPÓSITO DE RUBRICAR PARA DEJAR CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA.

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023** PARA LA ADQUISICIÓN DE **CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO** PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA:

ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA A LAS BASES DE LICITACIÓN

SE INFORMA A LA PROVEEDURIA, QUE SE EXTINGUE LA NECIDAD DE LOS SIGUIENTES RENGLONES, EN VIRTUD DE NO SER NECESARIOS PARA EL RESTO DEL AÑO:

Reng	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Unimed	Cantpres	Tipopres	Mínimo	Máximo
68	379	200	3208	00	01	CIRCUITO EXTRACORPOREO DE PVC INTERCONECTADO. CONTIENE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA, UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DE HEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO AL PACIENTE, UNA LINEA DE COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO. 4 TRANSDUCTORES DE PRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA AN69 TAMANO ST150, UNA BOLSA PARA DRENAJE DEL LIQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO POST DILUCION, ESTERIL Y DESECHABLE. PRESENTACION: SET. NUMERO DE CATALOGO: 107640 (ST150). PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: BAXTER. MODELO: PRISMAFLEX.	SET	1	SET	72	180
200	379	808	6900	00	01	SENSOR DE FLUJO DE 188CM, ADULTO-PEDIATRICO, REUSABLE. PRESENTACION: CAJA 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 155362. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: HAMILTON MEDICAL. MODELO: HAMILTON-C1, HAMILTON-C2.	CJA	10	PZA	7	16

DICE:

Reng	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Unimed	Cantpres	Tipopres	Mínimo	Maximo	MUESTRA	OBSERVACIONES
205	379	822	0996	00	01	SONDA DE BIOPSIA 10G X 118MM, PARA USO EN SISTEMA INALAMBRICO PORTATIL, VACORA. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: VB10118. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONOGRAFO. CLAVE: 531.924.0031. MARCA: ESAOTE. MODELO: MYLAB60.	CJA	5	PZA	3	7	SI SE REQUIERE MUESTRA	SE

DEBE DECIR:

Reng	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Unimed	Cantpres	Tipopres	Mínimo	Máximo	MUESTRA	OBSERVACIONES
205	379	822	0996	00	01	SONDA DE BIOPSIA 10G X 118MM, PARA USO EN SISTEMA INALAMBRICO	CJA	5	PZA	3	7	SI SE REQUIERE MUESTRA	EL PROVEEDOR. ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR 7

1



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2023**.

						PORTATIL, VACORA. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: VB10118. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONOGRAFO. CLAVE: 531.924.0031. MARCA: ESAOTE. MODELO: MYLAB60.							CJAS DE BUJES REF VBB4OCY NEEDLE GUIDE CYTOGUIDE STEREOTACTIC SYSTEMS 4.0 MM
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

DICE:

Reng	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Unimed	Cantpres	Típopres	Mínimo	Máximo	MUESTRA	OBSERVACIONES
204	379	821	3629	00	01	SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS, COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B). ANTES DE LA MEZCLA, CADA 1000 ML CONTIENEN: 4 MEQ/L, CALCIO 2.5 MEQ/L; MAGNESIO 1.5 MEQ/L; SODIO 140 MEQ/L; CLORO 113 MEQ/L; LACTATO 3 MEQ/L; BICARBONATO 32 MEQ/L; GLUCOSA 110 MG/ML; AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION: EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 6054356. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO:	PQT	1	PQT	280	700	SI SE REQUIERE MUESTRA	03 EQUIPOS PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT) SERIE PRISMAFLEX



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2023**.

8	CENTRO DE ESTERILIZACION EN BAJA TEMPERATURA SC	28/06/2023 09:09			
9	COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	16/06/2023 09:13	18/07/2023 10:58		
10	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	21/06/2023 15:25	19/07/2023 09:01		
11	COMERCIO OPORTUNO INTEGRAL SA DE CV	22/06/2023 13:21			
12	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	20/06/2023 17:24	17/07/2023 15:51		
13	DISTRIBUCIONES DAIS SA DE CV	16/06/2023 09:19	16/06/2023 09:20		
14	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	21/06/2023 12:45	21/06/2023 12:46		
15	DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTAS EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	16/06/2023 10:00			
16	DRPRO MED SA DE CV	16/06/2023 11:14	16/06/2023 11:16		
17	EL BC SUPPLY SA DE CV	16/06/2023 10:12	16/06/2023 10:18		
18	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	16/06/2023 11:44	16/06/2023 11:46		
19	ELEKTA MEDICAL SA DE CV	16/06/2023 10:44	16/06/2023 11:18		
20	ENDOMEDICA SA DE CV	07/07/2023 09:22	07/07/2023 09:23		
21	EQUIPOMEX SA DE CV	28/06/2023 16:57			
22	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE	20/06/2023 15:13			
23	EV TERAPEUTICA SA DE CV	11/07/2023 13:01			
24	EYM SOLUTIONS SA DE CV	14/07/2023 12:17			
25	FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV	16/06/2023 02:37	12/07/2023 08:51		
26	FOTO ARTE SA DE CV	03/07/2023 17:37			
27	GABRIEL DELGADO ALONSO	08/07/2023 11:15	08/07/2023 11:15		
28	GL MEDICA SA DE CV	07/07/2023 11:15			
29	HOSPITECNICA SA DE CV	12/07/2023 13:25	12/07/2023 13:25		
30	IDEM MEDICAL SA DE CV	16/06/2023 11:55	16/06/2023 11:56		
31	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	16/06/2023 09:27	16/06/2023 13:59		
32	IMPORTACIONES OETHSEMANI SA DE CV	19/06/2023 16:50			
33	INFRADEC COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	06/07/2023 17:18			
34	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	16/06/2023 11:53			
35	JUAMA SA DE CV	21/06/2023 13:29			
36	LA TIENDA ORTOPEDICA SA DE CV	16/06/2023 14:19			
37	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	16/06/2023 19:34	16/06/2023 19:34		
38	LAURA PEREZ JUAREZ	21/06/2023 06:35			
39	MANUEL BUCHANAN PADRES	05/07/2023 09:51			



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2023**.

40	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	16/06/2023 09:54	16/06/2023 09:54	
41	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	16/06/2023 09:14	16/06/2023 09:15	
42	MEDITEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	22/06/2023 09:58	07/07/2023 13:06	
43	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA PONCE	22/06/2023 12:41		
44	NEUROTITANIO SA DE CV	19/06/2023 15:48		
45	NOVATEC MEDICAL SA DE CV	22/06/2023 12:09		
46	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	23/06/2023 16:41		
47	SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO SA DE CV	21/06/2023 10:05	21/06/2023 10:05	
48	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	20/06/2023 12:53	20/06/2023 18:10	
49	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	19/06/2023 18:00		
50	SOLUCIONES BEMEDICAL SA DE CV	19/06/2023 12:55		
51	SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA SA DE CV	16/06/2023 10:34	16/06/2023 10:36	
52	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	16/06/2023 10:21		
53	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	20/06/2023 14:59	18/07/2023 16:46	
54	VECA BIOMEDICA SA DE CV	23/06/2023 13:02	04/07/2023 16:04	
55	VICENTE GERARDO VENEGAS ARELLANO	12/07/2023 13:13		
56	VITER MEDICAL SA DE CV	15/06/2023 16:56	07/07/2023 11:53	

[← Regresar](#)

[Solicitudes de aclaración](#)

HACIENDA

© 2023 | 0.0.0.0

[Aviso de privacidad](#)
[Términos y condiciones](#)

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA A LAS BASES SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE Y POR ESCRITO LOS LICITANTES HAN FORMULADO, CON SU RESPECTIVA RESPUESTA POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO QUE TIENEN INGERENCIA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTA LICITACIÓN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR LOS LICITANTES QUE CONTIENEN ÉSTAS, RUBRICADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN ESTE ACTO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES.....

ARKANUM SA DE CV

NÚMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA 16	EL FABRICANTE ADVANCED STERILIZATION YA NO ESTÁ FABRICANDO LA MEDIDA DE 60 CM CORRESPONDIENTE A ESTA CLAVE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTAS BOLSAS CON LA MEDIDA ALTERNA, QUE ES DE 50 CM DE ANCHO Y EL MISMO LARGO. ¿SE ACEPTA NUESTRA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE LA MEDIDA DE 60CM.



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "**CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO**", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2023**.

ANEXO MUESTRAS FÍSICAS 15	PROPUESTA? PARTIDAS 16, 17, 176, 177, 178, REFERENTES A ROLLOS Y BOLSAS DE TYVEK EMPAQUE UTILIZADO EN EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UN TRAMO SUFICIENTEMENTE LARGO (1.5MTS) QUE PERMITA EVALUAR SUS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LA CEYE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, EN BOLSAS Y ROLLOS SE REQUIERE LA MUESTRA COMPLETA PARA SU EVALUACION, ESTA SERA DEVUELTA A LA EMPRESA POSTERIOR AL FALLO EN CASO DE NO RESULTAR ADJUDICADO.
ANEXO MUESTRAS FÍSICAS 15	PARTIDA 173.- HOJA DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA SMS (SPUNDBOND-MELTBLOWN-SPUNDBOND PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.385.1031ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR COMO MUESTRA FÍSICA 2 A 3 HOJAS DE POLIPROPILENO, QUE PERMITAN EVALUAR SUS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LA CEYE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
NUMERAL REGISTRO SANITARIO 2.1	EN RELACIÓN AL NUMERAL 2.1 DE LA CONVOCATORIA EN EL QUE SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES RESPUESTAS ASENTADAS EN EL ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES CON RESPECTO A LA SOLICITUD DE PODER SOLVENTAR ESTE REQUISITO CON LA PRESENTACIÓN DEL LISTADO DEL DOF DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHO LISTADO EN SUSTITUCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO EN VIRTUD DE QUE LOS INSUMOS QUE OFERTARÁ MI REPRESENTADA BAJO LAS PARTIDAS 16, 17, 64, 122, 132, 173, 176, 177, 178, 179, 180 SON ENVOLTURAS Y CONSUMIBLES DE ESTERILIZACIÓN, PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHO LISTADO DEL DOF COMO BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. EN EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Y GACETAS GUBERNAMENTALES SE ESTABLECE QUE LAS LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, CIRCULARES, ETC., SE PUBLICAN PARA QUE SEAN APLICADOS Y OBSERVADOS DEBIDAMENTE.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN VIRTUD DE QUE DICHS INSUMOS SON CONSIDERADOS COMO DISPOSITIVOS MEDICOS, LOS CUALES REQUEIREN SU REGISTRO SANITARIO.

HOSPITECNICA SA DE CV

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO ENTREGA DE MUESTRAS 15	CONSIDERANDO LAS FECHAS DADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, DONDE SE PROGRAMABA LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA EL DÍA 20 DE JULIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA INDICADA A CONTINUACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA ENTREGA DE MUESTRAS A TRAVÉS DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA, EN EL ENTENDIDO QUE SERA NUESTRA RESPONSABILIDAD QUE LLEGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
ANEXO ENTREGA DE MUESTRAS 15	CONSIDERANDO LAS FECHAS DADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, DONDE SE PROGRAMABA LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA EL DÍA 20 DE JULIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA INDICADA A CONTINUACIÓN. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDIQUE EL NOMBRE Y NÚMERO DE TELEFONO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR LAS MUESTRAS, CON EL FIN DE MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE PARA REALIZAR LA ENTREGA.	ING. HANS ULRICH LAU CRUZ 222 2424520 EXT 61904
ANEXO ENTREGA DE MUESTRAS 15	EN CASO DE NO RESULTAR CON ADJUDICACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS A TRAVES DE UN SERVICIO DE MENSAJERÍA CON GUÍA PREPAGADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, EL PROVEEDOR ASUMIRÁ TODA RESPONSABILIDAD DE LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS.



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2023**.

CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV

Número	Preguntas	Respuestas
NUMERAL 6 INCISO J	J. OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES AL DÍA INMEDIATO ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (IMSS, INFONAVIT Y SAT) SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SEA DE 48 HRS ANTES YA QUE LA OPINION POSITIVA DEL IMSS TIENE UNA VIGENCIA DE 24 HORAS Y EN LA FIRMA DEL CONTRATO SEA DEL DIA QUE SE FIRMA EL CONTRATO	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
NUMERAL 6 INCISO J	J. OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES AL DÍA INMEDIATO ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (IMSS, INFONAVIT Y SAT) SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE PERMITA PONER LA OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT Y SAT DEL 48 HORAS ADEMÁS AUN ASI LA VIGENCIA DE DICHAS OPINIONES TIENE UN PERIODO DE UN MES DESPUES DE SU EMISION	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
ANEXO NUMERO 15 REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	RENGLON 89 CLAVE 379 304 3682 00 01 ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE 50MM X 26GA X 0.61M (BCO). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: ET-101193. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. EQUIPO MEDICO RODABLE. MARCA: XLTEK. MODELO: XCALIBUR. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI SE PUEDE OFERTAR CON CABLE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
ANEXO NUMERO 15 REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	RENGLON 90 379 304 3708 00 01. ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE 37MM X 27GA X 0.61M (AZUL). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: ET-101191. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. EQUIPO MEDICO RODABLE. MARCA: XLTEK. MODELO: XCALIBUR. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI SE PUEDE OFERTAR CON CABLE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
ANEXO NUMERO 15 REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	RENGLON 91 379 304 3724 00 01 ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE 25MM X 27GA X 0.61M (VERDE). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: ET-101189. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. EQUIPO MEDICO RODABLE. MARCA: XLTEK. MODELO: XCALIBUR. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI SE PUEDE OFERTAR CON CABLE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.

GABRIEL DELGADO ALONSO

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE), REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. - SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS DEBERA DE REALIZARSE EXCLUSIVAMENTE DE MANERA PRESENCIAL O SE PODRA HACER LA ENTREGA DE ESTAS MEDIANTE ALGUN SERVICIO DE PAQUETERIA ESPECIALIZADO. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA POR PAQUETERÍA PERO EL PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS MISMAS, ASI COMO OBTENER SU ACUSE CORRESPONDIENTE.



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "**CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO**", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2023**.

TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO 15	EN LA TABLA DEL ANEXO 15 SE SOLICITA MUESTRA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESNETAR MUESTRAS POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE MUESTRA DE CADA CLAVE SOLICITADA.
ANEXO 15	EN LA TABLA DEL ANEXO 15 SE SOLICITA MUESTRA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESNETAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE MUESTRA DE CADA CLAVE SOLICITADA.
PARTIDA 95	SOLICITAMOS AL CONVOCANTE MENCIONE LA MEDIDA DE LA ESPONJA.	LAS MEDIDAS DE ESA CLAVE SON 13 CM X 10 CM

ASESORES Y CONSULTORES EN INGENIERIA BIOMEDICA SA DE CV

Número	Preguntas	Respuestas
PARTIDA # 181	ME REFIERO A LA PARTIDA NO. 181. RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE CON MANÓMETRO Y VÁLVULA PEEP. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACIÓN: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056028. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR- MONITOR-MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. BASÁNDONOS EN LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO BÁSICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, EDICIÓN 2017, TOMO II, CLAVE 531.191.0391, PAGINA 29, EN DONDE SE ESPECÍFICA QUE LA VÁLVULA REGULADORA ES UN ACCESORIO OPCIONAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN RESUCITADOR SIN VÁLVULA PEEP. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPOSICIÓN?	NO SE ACEPTA, POR SEGURIDAD DEL PACIENTE SE REQUIERE EL RESUCITADOR CON VALVULA PEEP.

COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV

Número	Preguntas	Respuestas
PAG. 98, MUESTRAS Y ANEXO 15	PREGUNTA: SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, SE PODRÁ ENTREGAR UNA PIEZA COMO MUESTRA REPRESENTATIVA, DE CADA UNA DE LAS CLAVES A OFERTAR. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE MUESTRA DE CADA CLAVE SOLICITADA.
PAG. 98, MUESTRAS	PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA CONCURRENCIA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA POR FAMILIA, PARA AQUELLAS PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN SEA IGUAL Y ÚNICAMENTE EXISTA UNA DIFERENCIA EN MEDIDAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE MUESTRA DE CADA CLAVE SOLICITADA.
PAG. 13, PUNTO 6.1, INCISO B, Y PAG. 28 ANEXO 1	PREGUNTA: RESPECTO DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBERÁN PRESENTAR CATÁLOGOS O BASTARÁ CON MENCIONARLOS EN LA PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA.	BASTARA CON MENCIONARLOS Y ESTOS DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL CONSUMIBLE OFERTADO.
PAG. 12 Y PAG. 27, ANEXO 1	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ORDEN DE LOS ANEXOS Y ESCRITOS SERAN DE ACUERDO AL ANEXO 1, PARA POSTERIORMENTE FOLIAR Y SEPAR DE ACUERDO A LAS CASILLAS DE COMPRANET.	SI ES CORRECTO, DEBERA ORDENAR LOS ANEXOS Y ESCRITOS DE ACUERDO AL ANEXO 1 Y POSTERIORMENTE FOLIAR Y SEPARAR DE ACUERDO A LAS CASILLAS DE COMPRANET
PAG. 13, PUNTO 4 INCISO B	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL PUNTO 4 INCISO B DE LA PAGINA 13 APLICA ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO SOLO SE PRESENTARAN EN CASO DE SER ADJUDICADOS.
PAG. 13, PUNTO 4 INCISO B	PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR UN ESCRITO EN	PODRA PRESENTAR FORMATO LIBRE Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIRAN CON LA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ADEMAS



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-CYR-050GYR046-T-63-2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2023**.

	FORMATO LIBRE Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIREMOS CON LA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ADEMÁS MANIFESTEMOS QUE LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ BAJO EL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA.	MANIFESTAR QUE LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ BAJO EL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA.
PAG. 11, PUNTO 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR R...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE QUE ALGUN ANEXO NO NOS APLIQUE, NOS PERMITA PRESENTARLO CON LA LEYENDA "NO APLICA"	SI, SE ACEPTA, DEBERA PRESENTARLO CON LA LEYENDA "NO APLICA"
PAG. 12, PARRAFO 12. OFICIO NO. 09 52 17 61 4220/0309	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DAMOS CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 1, 2 Y 3 DEL OFICIO NO. 09 52 17 61 4220/0309 ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA, DEBERA PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL CUAL INDICA QUE DARA CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 1, 2 Y 3 DEL OFICIO NO. 09 52 17 61 4220/0309

COMERCIALIZADORA UCIN S A P I DE CV

Número	Preguntas	Respuestas
PAGINA 12, NUMERAL 6, INCISO J.	<p>PAGINA 12.</p> <p>NUMERAL DE LA CONVOCATORIA: 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.</p> <p>INCISO: J) OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES AL DÍA INMEDIATO ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (IMSS, INFONAVIT Y SAT)</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAT, CON FECHA DEL 28 DE JULIO, EN LUGAR DEL DÍA INMEDIATO ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL DÍA ANTERIOR AL EVENTO ES UN DÍA INHÁBIL. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAT, CON FECHA DEL 28 DE JULIO, EN LUGAR DEL DÍA INMEDIATO ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL DÍA ANTERIOR AL EVENTO ES UN DÍA INHÁBIL. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
PAGINA 12, NUMERAL 2, INCISO II.	<p>PAGINA 12.</p> <p>NUMERAL DE LA CONVOCATORIA: 2. AGREGAR UNA DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR, EN LA QUE MANIFIESTE QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME A LO SIGUIENTE:</p> <p>INCISO: II. QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. PARA TAL EFECTO, EXHIBE EN ESTE ACTO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DEBIDAMENTE EMITIDAS POR "EL INSTITUTO", LAS CUALES SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE,</p>	SI, ES CORRECTO, ES SUFICIENTE PRESENTAR EL PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERIODO ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2023**.

ESPECIFIQUE SI PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO ES SUFICIENTE PRESENTAR EL PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERIODO ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA Y AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 46 DE SU REGLAMENTO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS OBSERVACIONES GENERALES Y ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, SERAN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN.

ESTA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EL ACTA DE ESTE EVENTO SE PONE, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, A DISPOSICIÓN, EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO", EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE. POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES; SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO, ASÍ MISMO SE COMUNICA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA **31 DE JULIO DE 2023 A LAS 10:00 HORAS**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-63-2023**, SIENDO LAS 15:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y AÑO, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, INFORMÁNDOLES QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 2023) <https://upeccompranet.hacienda.gob.mx>

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 LIC. MARGARITA LAURA CERÓN LINARES
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	 LIC. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
ENCARGADO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	 ALBERTO ROLDÁN GARCÍA
JEFE DE LA DIVISIÓN INGENIERIA BIOMÉDICA	 ING. HANS-ULRICH LAU CRUZ
ANALISTA COORDINADOR	 C.P. ZURY SADAY HERRERA MORA