



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", UBICADA EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.2 DE LA CONVOCATORIA.

LIC. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", QUIEN PRESIDE EL ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO, CON EL PROPÓSITO DE RUBRICAR PARA DEJAR CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA..

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 1.2 DE LA CONVOCATORIA A LAS BASES SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RECIBIDAS POR COMPRANET, CON SU RESPECTIVA RESPUESTA POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO QUE TIENEN INGERENCIA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTA LICITACIÓN LOS FORMATOS ENVIADOS POR LOS LICITANTES QUE CONTIENEN ÉSTAS, RUBRICADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN ESTE ACTO-

INOVAMEDIK, S.A. DE C.V.

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains 6 rows of questions and answers regarding the procurement process for anesthesia services.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	ESTE INCISO.	
7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA PRESENTAR EL ANEXO T16 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO" QUE AVALE LOS 3 AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN, EMITIDA POR EL FABRICANTE, FILIAL EN MÉXICO, DISTRIBUIDOR Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, Y EN SU CASO COMPARTA DICHO ANEXO	SE ACEPTA
8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE LA FECHA QUE AVALE LOS 3 AÑOS CERO MESES PARA LA FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS.	TODO EQUIPO DEBE TENER UN MÁXIMO DE 3 AÑOS DE FABRICACIÓN A LA FECHA DE SU EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD
9	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL TIEMPO DE FABRICACIÓN ESTIPULADO EN EL NUMERAL DE REFERENCIA ASÍ COMO EL ANEXO T16 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO" SOLO APLICA PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA, QUE SON EL NÚCLEO DEL SERVICIO ?	MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EQUIPO MÉDICO (ULTRASONIDO, BRONCOSCOPIO, VENTILADORES DE TRASLADO, MONITOREO BIS, ETC)
10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE CADA EQUIPO MÉDICO SOLICITADO PARA EL SERVICIO, YA QUE ENTRE LA PÁGINA 8 Y 9 EXISTEN ALGUNAS DIFERENCIAS.	SE REQUIEREN 5 MÁQUINAS DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD CON SUS RESPECTIVOS 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES AVANZADOS, BOMBA TCI 10, SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE FLUIDOS 5, CILINDROS DE OXÍGENO 2, UNIDAD TERMORREGULADORA 2, BRONCOFIBROSCOPIO ADULTO 1, BRONCOFIBROSCOPIO PEDIÁTRICO 1, LARINGOSCOPIOS 5, MONITOR DE GASTO CARDIACO 2, MONITOR DE PROFUNDIDAD DE HIPNOSIS 5, MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DE PACIENTE 2, MONITOR DE SIGNOS VITALES CON ÍNDICE DE VARIABILIDAD PLETISMOGRÁFICA 1, CALENTADOR DE CONVECCIÓN DE AIRE 5, ULTRASONIDO 2, VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO-PEDIÁTRICO 1, VIDEOLARINGOSCOPIO 2
11	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL ANEXO T12 "ASIGNACIÓN DE EQUIPO MÉDICO"	SE ENCUENTRA DIFUNDIDO EN LOS AVISOS
12	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA RELACIÓN SOLICITADA, ANEXO T32, ¿ÚNICAMENTE SE DEBERÁN ENLISTAR LOS EQUIPOS QUE FALTAN DE CERTIFICADO DE CALIDAD, INDICANDO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE COMPROMETE A ENTREGARLOS 10 DÍAS POSTERIORES AL FALLO? EN CASO DE REQUERIR QUE SE INCLUYA ALGO MÁS EN EL ESCRITO, FAVOR DE ESPECIFICAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION,
13	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿CÓMO SERÁ EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTROLADO? YA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DEL MISMO Y AL CORRECTO MANEJO, ÉSTE DEBERÍA SER SUMINISTRADO DIRECTAMENTE EN LA FARMACIA DE CADA UNIDAD MÉDICA, PREVIA ENTREGA DE LOS AVISOS DE PREVISIÓN VIGENTE DE CADA HOSPITAL.	EL PROVEEDOR SERÁ EL ENCARGADO DE ENTREGAR EL MEDICAMENTO A LA FARMACIA, MISMA QUE ENTREGARA A JEFE DE DEPARTAMENTO; MISMO QUE ENTREGARA LAS RECETAS CORRESPONDIENTES AL MEDICAMENTO ENTREGADO PREVIO A LA ENTREGA DE LOS PERMISOS POR PARTE DEL PROVEEDOR.
14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL ANEXO T32 "RELACIÓN DEL 20% DE EQUIPO MÉDICO, BIENES DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS, PENDIENTES DE ENTREGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS"	SE ENCUENTRA DIFUNDIDO EN LOS AVISOS
15	EN EL CASO DE QUE ALGUNO DE LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS, NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, BASTE CON PRESENTAR CARTA BAJO	NO SE ACEPTA, DEBERA PRESENTAR ESCRITO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DONDE MANIFIESTE QUE EL EQUIPO, BIENES DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains 13 rows of questions and answers regarding medical equipment and services.



Handwritten signature or initials



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains 10 rows of questions and answers regarding medical equipment specifications and service requirements.

Handwritten mark resembling the number 0.





ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-CYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. Contains questions 37, 38, 39, and 40 regarding oxygen tanks and equipment maintenance.

ADMINISTRADORA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS CAB, S.A. DE C.V.

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. Contains question 41 regarding the nationality of service providers.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	PARA ADQUIRIR BIENES, SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE QUE SE CUENTA CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE O SOLICITUD DE PRÓRROGA, LO QUE DEMUESTRA QUE SE CUMPLE CON LOS ASPECTOS DE EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS INSUMOS. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN COMO LO DISPONE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP, FAVOR DE ACLARAR	
42	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN CASO DE QUE SE INCLUYA ALGÚN DOCUMENTO EN OTRO IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SE PODRA ANEXAR TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL SIN SER ESTO CAUSAL DE DESECHAMIENTO.	SE ACEPTA
43	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE ESTRATIFIQUE COMO MIPYME, SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO APLICA?	ES CORRECTA SU APRECIACION
44	¿ ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MANIFIESTO DE PARTICULARES PODRÁ SER CON FECHA DEL MES EN QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA?	DEBERA SER CON LA FECHA DE ENVIO DE SU PROPUESTA, EN CASO DE ENVIO AL ULTIMO DIA DEBERA SER CON 24 HORAS DE ANTICIPACION SU EMISION
45	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD SOLICITADOS EN EL NUMERAL SEÑALADO SE SOLICITAN SOLAMENTE PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS.	LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD SON DE EQUIPO MÉDICO, BIENES DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS
46	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA EL CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, SOLO SE DEBERÁ PRESENTAR POR CADA MIEMBRO: MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP, ANEXO 12, ACREDITACIÓN, Y CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA.	EN CASO DE PARTICIPEN A TRAVES DE CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA, TODOS MANIFIESTOS SOLICITADOS INCLUYENDO LAS OPCIONES DE CUMPLIMIENTO VIGNTES DEBERAN SER PRESENTADOS POR CADA INTEGRANTE.
47	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE Y CONFIRME QUE TODOS LOS ANEXOS SERVIRÁN ÚNICAMENTE COMO GUÍA Y QUE PODRÁN SER MODIFICADOS SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE EL CONTENIDO DE ESTOS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP. FAVOR DE CONFIRMAR.	DEBERA UTILIZAR LOS ANEXOS SOLICITADOS Y NO PODRAN SER MODIFICADOS.
48	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ES CORRECTO, PARA EL CASO DE LOS ANEXOS QUE NOS PROPORCIONA LA CONVOCANTE Y QUE NO APLICAN PARA LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA, SIRVA DE EJEMPLO EL ANEXO MIPYMES, BASTARÁ CON PRESENTAR DICHO ANEXO CANCELADO CON MARCA DE AGUA CON LA LEYENDA "NO APLICA". FAVOR DE CONFIRMAR.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP.	ES CORRECTA SU APRECIACION Y EN CASO DE QUE ALGUN FORMATO AFECTE LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA SERA CONSIDERADO COMO NO PRESENTADO.
49	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDA CON UN MÍNIMO DE 15 DÍAS ANTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, YA QUE ACTUALMENTE POR EL ACUERDO ACDO. AS2. HCT. 250423/106.P.DIR PUBLICADO EN EL DIARIO	DEBERA SER CON LA FECHA DE ENVIO DE SU PROPUESTA, EN CASO DE ENVIO AL ULTIMO DIA DEBERA SER CON 24 HORAS DE ANTICIPACION SU EMISION





ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2023 ESTABLECE QUE ESTA OPINIÓN TENDRÁ VIGENCIA DE 15 DÍAS A PARTIR DE SU EMISIÓN.	
50	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL FOLIO DE NUESTRAS PROPUESTAS PODRÁ SER DE ACUERDO AL ORDEN DE LOS PARÁMETROS DE LA PLATAFORMA COMPRANET, TODA VEZ QUE LOS MISMOS NO TIENEN TOTAL RELACIÓN RESPECTO AL ORDEN SEÑALADO EN BASE, ELLO DE CONFORMIDAD AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL RLASSP.	SE ACEPTA
51	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR Y CONFIRMAR QUE SERÁ CORRECTO QUE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE NO CUENTEN CON UN PARÁMETRO EN COMPRANET, SE INCLUYA EN EL ÚLTIMO PARÁMETRO DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE YA SEA LEGAL-ADMINISTRATIVA, TÉCNICA O ECONÓMICA. FAVOR DE CONFIRMAR.	DEBERA SER INCLUIDO SOLO EN EL PARAMETRO DE PROPUESTA TECNICA, YA QUE LOS DEMAS PARAMETROS ESTA IDENTIFICADA LA INFORMACION QUE DEBE CARGAR.
52	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN CASO DE QUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS SUFRA ALGUNA MODIFICACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR MI REPRESENTADA ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN GESTIONADA CON TERCEROS SERÁN ACEPTADAS CON LA FECHA INICIAL DE LA APERTURA: 3 DE JUNIO DE 2024, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN REFERENCIADAS CORRECTAMENTE AL EVENTO QUE NOS OCUPA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIA NO. LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024. FAVOR DE CONFIRMAR.	EN CASO DE MODIFICACION DE LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE LICITACION, PODRA PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA CON LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA EN LA CONVOCATORIA, SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS LICITANTES.
53	EN CASO DE CORRECTIVOS IMPUTABLES A FALLAS POR INSTALACIONES INADECUADAS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS (ELECTRICIDAD, GASES MEDICINALES) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE FABRICANTE DE LOS EQUIPOS INSTALADOS O QUE EL DAÑO SE DEMUESTRE POR MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO PROPIEDAD DEL HOSPITAL, ¿EL TIEMPO DE REPARACIÓN SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁ CONTABILIZAR HASTA QUE LA INSTALACIÓN CUMPLA LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS?	NO
54	2.1 ASIGNACION DE EQUIPO MÉDICO.DICE: NÚMERO DE QUIRÓFANOS CON SMI (10) 7. ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISION DE OPERACIÓN DICE: QUIRÓFANOS POR UM CON SMI (5). SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ACLARAR EL TOTAL DE QUIROFANOS EN LA UM PARA EL SMI.	5 QUIROFANOS
55	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ANEXAR LOS PAQUETES CON LOS BIENES DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS, AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES SOLCITADAS.	ANEXOS DIFUNDIDOS EN LOS AVISOS
56	7. ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISOR DE OPERACIÓN. DICE: NÚMERO MÍNIMO DE TÉCNICOS Y SUPERVISORES DE OPERACIÓN REQUERIDOS PARA CADA UNIDAD MÉDICA.	EFFECTIVAMENTE ES 1 TÉCNICO POR CADA 2 SALAS, POR TURNO; TOMAR EN CUENTA MATUTINO , VESPERTINO Y NOCTURNO DE LUNES A DOMINGO



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains five rows of questions and answers regarding technical specifications and requirements for anesthesia services.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NUMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains five rows of questions and answers regarding medical service requirements, equipment, and personnel.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NUMERO, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains 7 rows of questions and answers regarding medical equipment and services.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains five rows of questions and answers regarding medical equipment and documentation requirements for anesthesia services.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SEÑALANDO EL INSUMO QUE NO REQUIERE DICHO REGISTRO, EL CUAL DEBERÁ TENER RELACIÓN AL BIEN DESCRITO ¿SE ACEPTA?	
76	ES CORRECTO ENTENDER QUE AL TRATARSE DE UNA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE ANESTESIA, NO CONTEMPLA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA Y DE OBRA CIVIL, POR LO QUE EL ALCANCE DE LAS ADECUACIONES DENTRO DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN CORRESPONDE A INSTALACIÓN DE REGULADORES Y SUPRESORES DE CORRIENTE ELÉCTRICA, EQUIPOS PARA SUMINISTRO ENERGÍA ININTERRUMPIDA (NO BREAK) DE HASTA 30 MINUTOS DE RESPALDO, ASÍ COMO REGULADORES NEUMÁTICOS DE PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
77	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO DE RESPALDO DEBERÁ CONTAR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS Y DEBERÁ ENCONTRARSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	CORRECTO
78	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA REALIZAR EL CORRECTO SURTIDO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA COFEPRIS, EL HOSPITAL SERÁ EL RESPONSABLE DE MANTENER LA DOCUMENTACIÓN VIGENTE, DE LA RECEPCIÓN EN SU FARMACIA INTRAHOSPITALARIA, MANEJO Y ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS, ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS GRUPO I, II Y III A LOS ANESTESIOLOGOS, POR LO QUE CADA UNA DE LAS UNIDADES DEBERÁ PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A) LICENCIA SANITARIA PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE FÁRMACOS CON ALCANCE EN ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS GRUPO I, II Y III. B) AVISO DE FUNCIONAMIENTO. C) AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO. CLAVE DE REGISTRO DEL LIBRO DE CONTROL OTORGADO POR LA COFEPRIS. D) AVISO DE PREVISIÓN VIGENTE PARA MANEJO DE NARCÓTICOS TIPO I Y II, E) DOCUMENTO DEL AVISO DE RESPONSABLE DE TECNOSURVEILLANCIA A NOMBRE DEL LICITANTE, EMITIDO POR COFEPRIS. DE NO PRESENTAR DICHS DOCUMENTOS, NO SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE ESTOS MEDICAMENTOS Y NO SERÁ MOTIVO DE SANCIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO, FAVOR DE CONFIRMAR.	EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
79	DICE: LAS PROPOSICIONES EN SU CASO, DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA, SOLO EN IDIOMA ESPAÑOL Y DIRIGIDO AL ÁREA CONVOCANTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE	SE REQUIERE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL AL MENOS DEL 80%



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	PERMITA PRESENTAR ANEXOS TÉCNICOS Y/O MANUALES DE USO Y/O FOLLETOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO EN IDIOMA ORIGINAL Y CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS. ¿SE ACEPTA?	
80	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SEÑALANDO EL INSUMO QUE NO REQUIERE DICHO REGISTRO, EL CUAL DEBERÁ TENER RELACIÓN AL BIEN DESCRITO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERA PRESENTAR ESCRITO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN DONDE INDIQUER QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO
81	ES CORRECTO ENTENDER QUE AL TRATARSE DE UNA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE ANESTESIA, NO CONTEMPLA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA Y DE OBRA CIVIL, POR LO QUE EL ALCANCE DE LAS ADECUACIONES DENTRO DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN CORRESPONDE A INSTALACIÓN DE REGULADORES Y SUPRESORES DE CORRIENTE ELÉCTRICA, EQUIPOS PARA SUMINISTRO ENERGÍA ININTERRUMPIDA (NO BREAK) DE HASTA 30 MINUTOS DE RESPALDO, ASÍ COMO REGULADORES NEUMÁTICOS DE PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
82	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CUBIERTA (HOJAS DE VIDEOLARINGOSCOPIO) DE PLÁSTICO U HOJA REUSABLE DE ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA?	SI Y EL SMI ES EL ENCARGADO DE LA ESTERILIZACIÓN DEL EQUIPO
83	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL CONSUMIBLE HOJAS DE VIDEOLARINGOSCOPIO DESECHABLES, SE DEBERÁ COTIZAR COMO INSUMO EXTRA CON PRECIO UNITARIO. ¿ES CORRECTO?	SE PERMITE EL REUTILIZABLE
84	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA MONITOR EXTERNO O MONITOR INTEGRADO AL MANGO DEL VIDEOLARINGOSCOPIO. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
85	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SOPORTE MÓVIL COMO OPCIONAL, SÓLO EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO ASÍ LO REQUIERE Y POR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y PERMITA OFERTAR MALETÍN PARA EL RESGUARDO ¿SE ACEPTA?	EL SOPORTE ES PARA EL MONITOR EXTERNO EN EL MOMENTO DE SU USO Y EL MALETÍN ES PARA SU RESGUARDO
86	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE UNA IMAGEN ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE MUESTRA
87	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO FLUJO CONTINUO ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
88	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO NÚMERO DE EVENTOS ALMACENADOS ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
89	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO AUTO-MONITOREO ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO



[Handwritten marks]



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NUMERO, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains 15 rows of questions and answers regarding medical equipment specifications.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	TANQUE DE OXÍGENO. ¿SE ACEPTA?	
105	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL TANQUE DE OXÍGENO YA SE ENCUENTRA SOLICITADO EN EL NÚMERO 15 CILINDRO DE O2 Y POR LO TANTO NO SERÁ NECESARIA LA ENTREGA DE UN TANQUE ADICIONAL. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE REQUIERE TANQUE DE OXÍGENO PARA CADA UNO DE LOS VENTILADORES, SI ES QUE LO REQUIERE CADA VENTILADOR Y SE REQUIERE AL MENOS DE LOS TANQUE EXTRA DE OXÍGENO PARA MOVILIZAR PACIENTES DENTRO DE LA UNIDAD O EN CASO DE EMERGENCIA POR FALLA
106	EN EL ENTENDIDO QUE EL EQUIPO SE UTILIZARÁ DENTRO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE YA QUE LOS PACIENTES PUEDEN SER REFERIDOS O TRASLADADOS A OTRAS UNIDADES DIRECTAMENTE DE QUIRÓFANO
107	EN EL ENTENDIDO QUE EL EQUIPO SE UTILIZARÁ DENTRO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE PARA TRASLADO A OTRAS UNIDADES
108	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS SEÑALE SI SE REQUIERN SÁBANAS SOBRE O DEBAJO DE PACIENTE Y EL RANGO DE PACIENTES QUE SE ATENDERÁN. FAVOR DE PRONUNCIARSE	INDISTINTO DE PREFERENCIA DEBAJO DE PACIENTE; PACIENTES DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO
109	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL CONSUMIBLE SÁBANAS DESECHABLES, SE DEBERÁ COTIZAR COMO INSUMO EXTRA CON PRECIO UNITARIO. ¿ES CORRECTO?	NO SE REQUIERE SABANA
110	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC POR MEDIO DE POR LO MENOS SEIS CONTROLES INDEPENDENTES. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
111	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR COMO ZOOM DE LECTURA Y ESCRITURA. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
112	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR EN SEGUNDOS Y DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. CONSIDERANDO QUE DE ESTA MANERA SE GARANTIZA UNA MAYOR CANTIDAD DE CUADROS DE ALMACENAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
113	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR COMO 256 TONOS DE GRIS Y PANTALLA A COLOR LCD DE ALTA RESOLUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
114	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 8 PRESETS O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
115	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 128GB O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
116	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE ALMACENAMIENTO POR USB. CON EL OBJETIVO DE EVITAR INFECCIONES CRUZADAS EN QUIRÓFANO, USUALMENTE PROVOCADO POR EL USO DE CD O DVD, ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
117	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OMITIRLO, DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO LO REQUIERE. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
118	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTA CARACTERÍSTICA, YA QUE PERTENECE A UN ULTRASONIDO DE GABINETE Y NO DE UN ULTRASONIDO PARA EL USO EN ANESTESIOLOGÍA. FAVOR DE PRONUNCIARSE	SE REQUIERE
119	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OMITIR DVD O CD-RW, CON EL OBJETIVO DE EVITAR INFECCIONES CRUZADAS EN QUIRÓFANO,	EL NUMERAL HACE REFERENCIA AL GEL PARA ULTRASONIDO, EL CUAL SE NECESITA



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024.

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	USUALMENTE PROVOCADO POR EL USO DE CD O DVD, ¿SE ACEPTA?	
120	ENTENDEMOS QUE LOS TRANSDUCTORES MENCIONADOS SON LOS YA SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 13.16.1, 13.16.2, 13.16.3 Y 13.16.4. ¿ES CORRECTO?	DE ACUERDO
121	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTA CARACTERÍSTICA, YA QUE PERTENECE A UN ULTRASONIDO DE GABINETE Y NO DE UN ULTRASONIDO PARA EL USO EN ANESTESIOLOGÍA. FAVOR DE PRONUNCIARSE	ACEPTADO
122	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTA CARACTERÍSTICA, YA QUE PERTENECE A UN ULTRASONIDO DE GABINETE Y NO DE UN ULTRASONIDO PARA EL USO EN ANESTESIOLOGÍA. FAVOR DE PRONUNCIARSE	ACEPTADO
123	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTA CARACTERÍSTICA, YA QUE NO SON REQUERIDOS PARA LA PRÁCTICA DE LA ANESTESIOLOGÍA, OBJETO DE LA LICITACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE	ACEPTADO
124	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTA CARACTERÍSTICA, YA QUE NO SON REQUERIDOS PARA LA PRÁCTICA DE LA ANESTESIOLOGÍA, OBJETO DE LA LICITACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE	ACEPTADO
125	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SÓLO SE REQUIERE EL CILINDRO VACÍO, ES DECIR SIN OXÍGENO. FAVOR DE CONFIRMAR	CILINDRO LLENO
126	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL TANQUE DE OXÍGENO ES PARA EL USO CON EL VENTILADOR DE TRASLADO POR LO QUE NO SE DEBERÁN DUPLICAR LAS CANTIDADES. FAVOR DE CONFIRMAR.	ES RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO INTEGRAL MANTENER LOS TANQUES DE OXÍGENO CON CARGA Y FUNCIONALES EN TODO MOMENTO
127	FAVOR DE CONFIRMAR QUE SE REFIERE A ENTRADA TIPO YUGO. ¿ES CORRECTO?	CORRECTO
128	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CALENTADOR DE SOLUCIONES QUE CALIENTE CON TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, SIENDO DE FORMA SILENCIOSA, UNIFORME Y SEGURA. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
129	AL TRATARSE DE UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y NO DE ENFRIAMIENTO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE REQUIERE EQUIPO CON SELECCIÓN DE TEMPERATURA DESDE TEMPERATURA AMBIENTE (32°C) A MÍNIMO 50°C. FAVOR DE CONFIRMAR	ACEPTADO
130	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EN ESTE PUNTO SE REFIERA A QUE EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE CALENTAR AL MENOS 22 BOLSAS/BOTELLAS DE 1 LITRO. FAVOR DE ACLARAR.	EFFECTIVAMENTE REQUIERE QUE CALIENTE AL MENOS 22 LITROS
131	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SE PUEDA OFERTAR CALENTADOR DE SOLUCIONES QUE CALIENTE CON TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, SIENDO DE FORMA SILENCIOSA, UNIFORME Y SEGURA. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE QUE EL EQUIPO ALCANCE LA TEMPERATURA EN EL MÁXIMO DE TIEMPO ESTIPULADO
132	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR ALARMAS SONORAS Y VISUALES QUE INCLUYAN ALERTAS EN EL SISTEMA CON SU RESPECTIVA CODIFICACIÓN. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
133	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EL	SE REFIERE A QUE EL MONITOR DEBE REALIZAR LAS



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NUMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	TÉRMINO "CAPACIDAD" SE REFIERE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO PUEDE REALIZARLO A FUTURO Y NO ES NECESARIO QUE SE OFERTE LA ESPECIFICACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE	ACCIONES ENLISTADAS EN EL NUMERAL REFERIDO
134	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EL TÉRMINO "CAPACIDAD" SE REFIERE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO PUEDE REALIZARLO A FUTURO Y NO ES NECESARIO QUE SE OFERTE LA ESPECIFICACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE	SE REFIERE A EL MONITOR DEBE REALIZAR LAS ACCIONES ENLISTADAS EN EL NUMERAL REFERIDO
135	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED INALÁMBRICA Y CAPACIDAD A FUTURO DE TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE HL7. ¿SE ACEPTA?	SE REFIERE A EL MONITOR DEBE REALIZAR LAS ACCIONES ENLISTADAS EN EL NUMERAL REFERIDO
136	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR COMO SISTEMA SELECTATEC EL CUAL PREVIENE EL USO DE MAS DE UN VAPORIZADOR A LA VEZ ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
137	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR MEDIANTE TEXTO, GRÁFICO O IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
138	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA AL MENOS TRES CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS.LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP. ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
139	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR INDISTINTAMENTE MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS O INDICADORES DIGITALES DE PRESIÓN CON PRESENTACIÓN EN LA PANTALLA DEL SISTEMA PARA SUMINISTRO DE TOMA MURAL (AIRE, O2, Y N2O) Y DE CILINDROS (O2 Y N2O). CODIFICADOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES, YA QUE LA PRESENTACIÓN DIGITAL SE TRATA DE UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO.LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP. ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
140	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS VAPORIZADORES REQUERIDOS SON DE SEVOFLUORANO Y DESFLURANO. YA QUE ESTOS SON LOS GASES ANESTÉSICOS SOLICITADOS EN LOS PAQUETES. FAVOR DE PRONUNCIARSE	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
141	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR COMO BYPASS DE CO2. ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
142	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR MEDIANTE TEXTO, GRÁFICO O IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
143	ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR PANTALLA TIPO LCD O LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿ES CORRECTO?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
144	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR BATERÍA INTERCAMBIABLE, LA CUAL SE INSTALA DENTRO DEL EQUIPO Y EN CASO DE DAÑO O FALLA PUEDE SER REEMPLAZADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
145	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE IMÁGENES, TEXTO, ESQUEMA O GRAFICO. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE MUESTRA
146	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS VAPORIZADORES REQUERIDOS SON DE	DE ACUERDO



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	SEVOFLURANO Y DESFLURANO. YA QUE ESTOS SON LOS GASES ANESTÉSICOS SOLICITADOS EN LOS PAQUETES. FAVOR DE PRONUNCIARSE	
147	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO VOLUMEN TIDAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
148	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO COMPLIANZA	SE ACEPTA
149	EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PUNTO, ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, LA CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFAZ CON SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 PUEDE SER A TRAVÉS DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, DADO QUE EN LAS PARTIDAS DE MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO Y MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO, SE MENCIONA DICHA CAPACIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DE ACUERDO
150	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR BATERÍA CON DURACIÓN DE AL MENOS UNA HORA, QUE SE CARGUE AL ESTAR INSERTADA EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MONITOR INTERMEDIO
151	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO CARACTERÍSTICA CON CAPACIDAD DE INTEGRARSE A FUTURO. ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MONITOR INTERMEDIO
152	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ATIENDE A PACIENTES NEONATALES EN LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN MANUEL ÁVILA CAMACHO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	NO SOLICITAMOS MONITOR INTERMEDIO
153	EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, ENTENDEMOS QUE NO SERÁ NECESARIO OFERTAR LOS PUNTOS: 3.22.1, 3.22.2, 3.22.3, 3.22.4 Y 3.24.2.8 FAVOR DE PRONUNCIARSE	NO SOLICITAMOS MONITOR INTERMEDIO
154	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR QUE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES INTERMEDIOS SERÁN UTILIZADOS EN CONJUNTO CON LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA INTERMEDIA Y POR LO TANTO EL SISTEMA DE FIJACIÓN REQUERIDO ES PARA MONTAJE EN LA MÁQUINA DE ANESTESIA. FAVOR DE ESPECIFICAR	NO SOLICITAMOS MONITOR INTERMEDIO
155	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL LOS PUNTOS DEL 3.24.1 AL 3.24.12, EN EL ENTENDIDO QUE LA IMPRESIÓN DE LOS SIGNOS VITALES DURANTE LA PRÁCTICA DE LA ANESTESIA NO APORTA BENEFICIOS CLÍNICOS AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MONITOR INTERMEDIO
156	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE NO SERÁ NECESARIO INCLUIR ESTOS CONSUMIBLES EN EL MONITOR YA QUE VIENEN DESCRITOS EN LA TABLA DE BIENES DE CONSUMO. FAVOR DE PRONUNCIARSE	NO SOLICITAMOS MONITOR INTERMEDIO
157	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO CARACTERÍSTICA CON CAPACIDAD DE INTEGRARSE A FUTURO. ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MONITOR INTERMEDIO
158	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL ESTE PUNTO SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.	NO SOLICITAMOS MONITOR INTERMEDIO



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains 17 rows of questions and answers regarding medical equipment and services for anesthesia.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
172	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL ESTE PUNTO SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
173	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE SE PODRÁ OFERTAR INDISTINTAMENTE PANTALLA TIPO LCD O LCD-TFT O TFT O LED. FAVOR DE CONFIRMAR.	DE ACUERDO
174	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR 10 SENSORES DE FLUJO DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO
175	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA PRESIÓN BARÓMETRICA DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO
176	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA OFERTAR UNA DURACIÓN DE BATERÍA DE MÍNIMO 4 HORAS. ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO
177	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ASA DE TRANSPORTE O SOPORTE PARA CAMILLA INDISTINTAMENTE. ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO
178	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MEDICIÓN DE FRECUENCIA RESPIRATORIA CON RANGO DE 1 A 80 RESPIRACIONES POR MINUTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO
179	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ASV (VENTILACIÓN ASISTIDA ADAPTABLE) DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO
180	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MANGUERA PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2- VERDE Y SUMINISTRO DE AIRE POR TURBINA INTEGRADA DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO
181	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE ESTOS ACCESORIOS NO SON REQUERIDOS YA QUE SON IGUALES A LOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.4, 9.7.5. FAVOR DE CONFIRMAR	DE ACUERDO
182	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO NO ES NECESARIO INCLUIRLOS EN EL ENTENDIDO QUE LOS MISMOS YA SE ENCUENTRAN EN LOS PUNTOS 9.7.1 AL 9.7.5. FAVOR DE CONFIRMAR	DE ACUERDO
183	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO NO ES NECESARIO INCLUIRLOS EN EL ENTENDIDO QUE LOS MISMOS YA SE ENCUENTRAN EN LOS PUNTOS 9.7.1 AL 9.7.5. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA
184	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR INDISTINTAMENTE BRAZO DE SOPORTE O SOPORTE PARA TANQUE DE O2 TIPO "E". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
185	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL TANQUE DE OXÍGENO YA SE ENCUENTRA SOLICITADO EN EL NÚMERO 15 CILINDRO DE O2 Y POR LO TANTO NO SERÁ NECESARIA LA ENTREGA DE UN TANQUE ADICIONAL. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE REQUIERE TANQUE DE OXÍGENO PARA CADA UNO DE LOS VENTILADORES, SI ES QUE LO REQUIERE CADA VENTILADOR Y SE REQUIERE AL MENOS DE LOS TANQUE EXTRA DE OXÍGENO PARA MOVILIZAR PACIENTES DENTRO DE LA UNIDAD O EN CASO DE EMERGENCIA POR FALLA
186	EN EL ENTENDIDO QUE EL EQUIPO SE UTILIZARÁ DENTRO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR	SE ACEPTA



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	
187	EN EL ENTENDIDO QUE EL EQUIPO SE UTILIZARÁ DENTRO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
188	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE SE DEBERÁN OFERTAR BATERIAS ALCALINAS O RECARGABLES TIPO C O TIPO D O TIPO AA DE MANERA INDISTINTA. FAVOR DE ACLARAR.	DE ACUERDO
189	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE UNA HOJA POR TAMAÑO Y TIPO. ES DECIR HOJAS MACINTOSH NO. 0,1,2,3,4,5 Y HOJAS MILLER, 00, 0, 1, 2, 3, 4. FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA
190	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE UNA HOJA POR TAMAÑO Y TIPO. ES DECIR HOJAS MACINTOSH NO. 0,1,2,3,4,5 Y HOJAS MILLER, 00, 0, 1, 2, 3, 4. FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA
191	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SÓLO EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA ASÍ LO REQUIERA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
192	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO PERMITIR REFERENCIAR COMO INDICE DE ESTADO DEL PACIENTE (PSI) DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
193	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA INDISTINTA PUERTO USB O BLUETOOTH PARA LA EXPORTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
194	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CORRIENTE ELÉCTRICA 100-240 VCA, 47- 63 HZ DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
195	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL CONSUMIBLE REQUERIDO PARA LA MONITORIZACIÓN DEL GASTO CARDIACO NO INVASIVO DEBERÁ COTIZARSE COMO CONSUMIBLE EXTRA CON PRECIO UNITARIO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	DEBE INCLUIRSE
196	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CONTROL MANUAL DE TEMPERATURA DE 4 A 42 GRADOS CENTÍGRADOS, RANGO MAYOR AL SOLICITADO, SIENDO ESTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA. LO ANTERIOR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
197	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR COMO FIBROSCOPIO DE INTUBACIÓN PEDIÁTRICO EN EL ENTENDIDO QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA ES APTA TANTO PARA LA BRONCOSCOPIA CÓMO PARA LA INTUBACIÓN POR FIBRA ÓPTICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
198	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN MENOR O IGUAL A 3.7 MM, TAMAÑO ADECUADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
199	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR	SE ACEPTA



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024.

Table with 3 columns: NUMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains 11 rows of questions and answers regarding medical equipment specifications for anesthesia.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NUMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains 15 rows of questions and answers regarding medical equipment specifications for anesthesia.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	REQUERIDO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE INTUBACIÓN. FAVOR DE CONFIRMAR	
224	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR BATERÍA PORTÁTIL PARA LA FUENTE DE LUZ LED. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.¿SE ACEPTA?	ACEPTA
225	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA ASÍ LO REQUIERA. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE GARANTIZAR FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
226	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PROTECTOR DENTAL DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	DE ACUERDO
227	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SET DE LIMPIEZA CONFORME LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEPENDIENDO DE LA FORMA DE REPROCESAMIENTO RECOMENDADA POR EL MISMO. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
228	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE COMO COMPROBADOR DE IMPERMEABILIDAD O TESTER DE ESTANQUEDAD. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
229	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ACCESORIOS MENCIONADOS EN LOS NUMERALES 20.12 AL 20.12.2 PODRÁN OFERTARSE DE MANERA OPCIONAL SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE	DE ACUERDO
230	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CABEZAL DE CAMARA QUE PERMITA LA CONEXIÓN DEL BRONCOFIBROSCOPIO A UN MONITOR EXTERNO DE TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
231	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR A COLOR TFT CON PANTALLA DE 7" O MAYOR, TAMAÑO SUFICIENTE PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS DURANTE LA INTUBACIÓN DEL PACIENTE.. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
232	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MALETÍN PARA PROTECCIÓN DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
233	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
234	AL TRATARSE DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE PUNTO YA QUE LAS REFACCIONES SERÁN PROPORCIONADAS POR EL LICITANTE ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO MIENTRAS SE TENGA EN EL SERVICIO
235	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR COMO CALENTAMIENTO POR AIRE	ACEPTADO



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains rows 236, 237, and 238 regarding anesthesia equipment and medication requirements.

CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains rows 239, 240, 241, and 242 regarding bid specifications and equipment certification.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	CONFIRME QUE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD A PRESENTAR EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN UNICAMENTE AL EQUIPAMIENTO OFERTADO. ¿ ES CORRECTO?	MÉDICO, BIENES DE CONSUMO Y MEDICAMENTOS
243	DICE: BCB 1 CIRCUITO CIRCULAR CERRADO EXPANDIBLE CON BOLSA Y MASCARILLA (TAMAÑOS DE ACUERDO A PACIENTE:(ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR CIRCULAR CERRADO EXPANDIBLE CON BOLSA (TAMAÑOS DE ACUERDO A PACIENTE:(ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL) SIN MASCARILLA YA QUE LA MASCARILLA ES SOLICITADA DE MANERA INDIVIDUAL POR TAMAÑO EN EL BCB35, ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE TAL CUAL LA DESCRIPCIÓN
244	DICE: BCB 1 CIRCUITO CIRCULAR CERRADO EXPANDIBLE CON BOLSA Y MASCARILLA (TAMAÑOS DE ACUERDO A PACIENTE:(ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR MAS DE UNA MARCA PARA PODER CUBRIR LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE CIRCUITO SOLICITADOS , ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
245	DICE: BCB4 TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON GLOBO PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA MEDIDAS: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR TUBO TRAQUEAL ORAL TRANSPARENTE FORMADO ANATÓMICAMENTE DE PVC CON GLOBO MEDIDAS: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
246	DICE: BCB40 TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CALIBRES: 30FR, 32FR, 34FR, 36FR, 38FR, 40FR SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE TUBOS : 30FR, 32FR, 34FR, 36FR, 38FR, OMITIENDO EL 40FR YA QUE ES UNA MEDIDA QUE NO SE COMERCIALIZA EN MÉXICO. ¿ SE ACEPTA?	ACEPTADO
247	DICE: BCB40 TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CALIBRES: 30FR, 32FR, 34FR, 36FR, 38FR, 40FR SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS TUBOS CON SU EQUIVALENCIA EN MM YA QUE NO TODOS LOS FABRICANTES LOS CLASIFICAN EN FR SE ACEPTA?¿ SE ACEPTA?	ACEPTADO
248	DICE: BCB24 AGUJA WHITACRE PARA RAQUIANESTESIA CON PUNTA TIPO LÁPIZ CALIBRES: 22G, 25G, 27G LONGITUD 8.7 A 9.1CM SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS SIGUIENTES CALIBRES: 25G, 27G LONGITUD 11.6 A 12.0, ¿ SE ACEPTA?	ACEPTADO
249	DICE: BCB30 SONDA TIPO NELATON DE PVC	ACEPTADO



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

Table with 3 columns: NÚMERO, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains five rows of questions and answers regarding medical equipment and supplies like sondas, cateters, agujas, and medicamentos.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	INCUMPLIMIENTOS Y POSIBLES PENALIZACIONES. ¿SE ACEPTA?	
255	EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS QUE RECONSIDERE DEBIDO A QUE SOLICITAR CONDICIONES QUE FAVORECEN A UN POSIBLE PARTICIPANTE EN ESTE CASO EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE EL MEDICAMENTO
256	DICE: BCB45 AL BCB72 SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTOS MEDICAMENTOS NOS PERMITA ENTREGAR SU VERSIÓN GENERICA SECTORIZADA DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL Y EL COTIZARLO DE ESTA MANERA GARANTIZA LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA PARA EL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
257	DICE: BCB65 KETAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE KETAMINA EQUIVALENTE A 500 MG DE KETAMINA ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA DE 10 ML. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE MEDICAMENTO DEL REQUERIMIENTO DEBIDO A QUE EL ÚNICO FABRICANTE EN MÉXICO ES LABORATORIOS PISA Y ACTUALMENTE NO ESTA EN PRODUCCIÓN, POR LO CUAL NOS IMPIDE CUMPLIR CON LA DOCUMENTACIÓN DEL MISMO Y LA ENTREGA UNA VEZ INICIADO EL CONTRATO. CAYENDO EN INCUMPLIMIENTOS Y POSIBLES PENALIZACIONES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
258	DICE: BCB69 EFEDRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE EFEDRINA 50 MG ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 2 ML. (25 MG/ML) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE MEDICAMENTO DEL REQUERIMIENTO DEBIDO A QUE EL ÚNICO FABRICANTE EN MÉXICO ES LABORATORIOS PISA Y ACTUALMENTE NO ESTA EN PRODUCCIÓN, POR LO CUAL NOS IMPIDE CUMPLIR CON LA DOCUMENTACIÓN DEL MISMO Y LA ENTREGA UNA VEZ INICIADO EL CONTRATO. CAYENDO EN INCUMPLIMIENTOS Y POSIBLES PENALIZACIONES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
259	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ANGULACIÓN TOTAL DE 260°, DICHO RANGO ES EL NECESARIO PARA TENER UNA GRAN VISUALIZACIÓN MIENTRAS SE TIENE UN PROCEDIMIENTO AEREO. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
260	ENTENDEMOS QUE OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CIERTO? SOLICITAMOS A LO CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA LUZ LED YA QUE APORTA MEJOR ILUMIACIÓN Y ES TECNOLOGÍA FRIA LO QUE EVITA CALENTAMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO A DEMÁS DE PRESENTAR MAYOR VIDA UTIL.	ACEPTADO
261	EL OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, CIERTO? POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS OFERTAR UN KIT DE LIMPIEZA	ACEPTADO



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	CON CEPILLO Y MANGUERA DE RIEGO QUE ES IDEAL PARA PROPORCIONAR UNA BUENA LIPIEZA EN NUESTRO EQUIPO OFERTADO SIN NECESITA DE VALVULAS. ¿ SE ACEPTA?	
262	SOLICITAMOS OFERTAR A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON 3,5 PULGADAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
263	DEBIDO A QUE EN LA CEDULA SE SOLICITA MALETIN DE TRANSPORTE Y CARRO DE TRANSPORTE , NO ES NECESARIO EL GABINETE DE GUARDA. ¿ SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NO HACER NECESARIO EL OFERTAR DICHO PUNTO, ACEPTA?	SI EL TÉCNICO SE HACE RESPONSABLE DE SU RESGUARDO, EL BRONCOSCOPIOSOLO REQUIERE SU MALETÍN PARA GUARDARLO
264	OFERTAR TECNOLOGÍA MÁS ALTA DE LA SOLICITADA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, CIERTO? AL OFERTAR UN EQUIPO CON FUENTE DE LUZ LED CON DURACIÓN DE VIDA DE APROX 160,000 HRS NO SERÁ NECESARIO PROPORCIONAR UN REPUESTO DE LUZ , YA QUE AL TENER FALLA SERÁ TOMADO AUTOMATICAMENTE COMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	ACEPTADO
265	ENTENDEMOS QUE EL "SISTEMA DE ANGIO O MAPEO DE PERFUSIÓN A COLOR" ES LO MISMO QUE "MAPA DE TINTE" ¿ CIERTO? , PEDIMOS A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACEPTAR LA REFERENCIA " MAPA DE TINTE"	ACEPTADO
266	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR, ZOOM SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES COMO ZOOM EN TIEMPO REAL, CONGELADA Y CINE, LO ANTERIOR POR QUE 6 PASOS EN ZOOM SOLO APLICARÍA A IMAGEN CONGELADA. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
267	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL "ESPECTRO DOPPLER" COMO "ONDA DOPPLER" ¿ SE ACEPTA?	ACEPTADO
268	DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE DESTINARÁ AL SERVICIO DE ANESTESIA, LA EVALUACIÓN DEL PACIENTE ES DE MANERA INTEGRAL Y POR ESA RAZÓN ; SOLICITAMOS PERMITA OMITIR EL TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO ¿ ES CORRECTO?	ACEPTADO
269	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, DEBIDO A QUE POR MANUAL LA TECNOLOGÍA OFERTADA NO LO REQUIERE, ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
270	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR CARACTERÍSTICA, YA QUE NO SON REQUERIDOS PARA LA PRÁCTICA DE LA ANESTESIOLOGÍA, OBJETO DEL PRESENTE SERVICIO FAVOR DE PRONUNCIARSE.	ACEPTADO
271	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OMITIR DVC O CD-RW, CON EL OBJETIVO DE EVITAR INFECCIONES CRUZADAS EN QUIRÓFANO, USUALMENTE PROVOCADO POR EL USO DE CD O DVD, ¿ SE ACEPTA?	ACEPTADO
272	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR CARACTERÍSTICA, YA QUE NOS SON REQUERIDOS PARA LA PRÁCTICA DE ANESTESIOLOGÍA, OBJETO DE LA LICITACIÓN. FAVOR DE ACEPTAR.	ACEPTADO
273	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR VAPORIZADORES COMPATIBLES CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA Y DE DIFERENTE MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA. ¿SE ACEPTA?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
274	DEBIDO A QUE EN EL MERCADO YA NO SE COMERCIALIZA EL ISOFLUORANO, SOLICITAMOS DE	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	LA MANERA MÁS ATERNTA PODER OFERTAR SOLAMENTE EL VAPORIZADOR DE SEVOFLUORANO. ¿SE ACEPTA?	
275	DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR SESIBILIDAD POR FLUJO O PRESIÓN SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
276	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO ES SUFICIENTE OFERTAR MONITOREO DE OXIGENO INSPIRADO, YA QUE EL DESPLIEGUE DEL OXIGENO INSPIRADO Y ESPIRADO SE OFERTA EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. ¿ES CORRECTO?	NO SOLICITAMOS MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
277	ENTENDEMOS QUE LOS ITEMS MENCIONADOS EN LOS NUMERALES Y SUBNUMERALES: 3.24, 3.24.1, 3.24.1.1, 3.24.1.2, 3.24.3, 3.24.3.1, 3.24.3.2, 3.24.3.3, 3.24.3.4, 3.24.3.5, 3.24.3.6, 3.24.3.7, 3.24.3.8, 3.24.4, 3.24.4.1, 3.24.4.2, 3.24.4.3, 3.24.4.4, 3.24.5, 3.24.6. COMO OPCIONALES, EL NO OFERTARLOS NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO SE SOLICITO DE ESTE TIPO
278	DE SER NEGATIVA NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR Y COMO SE TRATA DE UN MONITOR QUE VA AL AREA DE QUIROFANOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE OMITIR LOS PUNTOS 3.24.1, 3.24.1.1, 3.24.1.2, 3.24.2, 3.24.3, 3.24.3.1, 3.24.3.2, 3.24.3.3, 3.24.3.4, 3.24.3.5, 3.24.3.6, 3.24.3.7, 3.24.3.8, 3.24.4, 3.24.4.1, 3.24.4.2, 3.24.4.3, 3.24.4.4 Y PODER OFERTAR MODULO MULTIGASES, RELAJACION MUSCULA ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
279	ENTENDEMOS QUE LOS ITEMS MENCIONADOS EN LOS NUMERALES Y SUBNUMERALES 4.29, 4.29.1, 4.29.1.1, 4.29.1.2, 4.29.1.3, 4.29.1.4, 4.29.1.5, 4.29.2, 4.29.2.1, 4.29.2.2, 4.29.2.3, 4.29.3, 4.29.3.1, 4.29.3.2, 4.29.3.3, 4.29.3.4, 4.29.3.5, 4.29.4, 4.29.4.1, 4.29.4.2, 4.29.5, 4.29.5.1, 4.29.5.2, 4.29.6, 4.29.6.1, 4.29.6.2, 4.29.6.3, 4.29.7, 4.29.8 COMO OPCIONALES, EL NO OFERTARLOS NO SERÍ, MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERA CONSIDERARLO EN SU OFERTA
280	DE SER NEGATIVA NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR Y COMO SE TRATA DE UN MONITOR QUE VA AL AREA DE QUIROFANOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE OMITIR LOS PUNTOS 4.29.1, 4.29.1.1, 4.29.1.2, 4.29.1.3, 4.29.1.4, 4.29.1.5, 4.29.2, 4.29.2.1, 4.29.2.2, 4.29.2.3, 4.29.3, 4.29.3.1, 4.29.3.2, 4.29.3.3, 4.29.3.4, 4.29.3.5, 4.29.4, 4.29.4.1, 4.29.4.2. Y PODER OFERTAR MODULO MULTIGASES, RELAJACION MUSCULAR Y BIS ¿ SE ACEPTA?	ACEPTADO
281	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR COMO PRESIÓN DE SOPORTE (PS): OFF; 5 A 60 CMH2O. SIN QUE SEA UNA CAUSA DE DESECHAMIENTO ¿ SE ACÉPTA?	ACEPTADO
282	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL TANQUE DE OXÍGENO YA SE ENCUENTRA SOLICITADO EN EL NÚMERO 15 CILINDRO DE O2 Y POR LO TANTO NO SERÁ NECESARIA LA ENTREGA DE UN TANQUE ADICIONAL. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE REQUIERE TANQUE DE OXÍGENO PARA CADA UNO DE LOS VENTILADORES, SI ES QUE LO REQUIERE CADA VENTILADOR Y SE REQUIERE AL MENOS DE LOS TANQUE EXTRA DE OXÍGENO PARA MOVILIZAR PACIENTES DENTRO DE LA UNIDAD O EN CASO DE EMERGENCIA POR FALLA
283	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR COMO PRESIÓN DE SOPORTE (PS): OFF; 5 A 60 CMH2O. SIN QUE SEA UNA CAUSA DE DESECHAMIENTO ¿ SE ACEPTA?	ACEPTADO
284	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL TANQUE DE OXÍGENO YA SE ENCUENTRA	SE REQUIERE TANQUE DE OXÍGENO PARA CADA UNO DE LOS VENTILADORES, SI ES QUE LO REQUIERE




ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

NÚMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
	SOLICITADO EN EL NÚMERO 15 CILINDRO DE O2 Y POR LO TANTO NO SERÁ NECESARIA LA ENTREGA DE UN TANQUE ADICIONAL. FAVOR DE CONFIRMAR.	CADA VENTILADOR Y SE REQUIERE AL MENOS DE LOS TANQUE EXTRA DE OXÍGENO PARA MOVILIZAR PACIENTES DENTRO DE LA UNIDAD O EN CASO DE EMERGENCIA POR FALLA
285	DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A QUE LAS HOJAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA INTUBACIÓN DEBEN DE SER DE PLÁSTICO (POLICARBONATO). ¿ES CORRECTO?	SE REFIERE A LA CÁMARA QUE NO SE EMPAÑE
286	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO MALETÍN O MALETA DE RESGUARDO PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	EL SOPORTE ES PARA EL MONITOR EXTERNO EN EL MOMENTO DE SU USO Y EL MALETÍN ES PARA SU RESGUARDO
287	DADO QUE LA CEDULA PUBLICADA CORRESPONDE A UN EQUIPO DE ENDOSCOPIA NO ASI A UN EQUIPO DE BRONCSCOPIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE BRONCSCOPIA ENFOCADO A LA ANESTESIA CON TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION, SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VIDEOларINGOSCOPIO FLEXIBLE DE MANGO ERGONOMICO CON PALANCA DE CONTROL Y PUNTA CON CAMARA E ILUMINACION LED, PROFUNDIDAD DE CAMPO 3-50 MM, CAMPO DE VISION 90 GRADOS, ANGULO GIRATORIO DE 0 120 GRADOS ARRIBA-ABAJO, 0 A 270 GRADOS IZQUIERDO-DERECHO, LONGITUD DE TRABAJO DE 600 MM, DIAMETRO EXTERNO 3.6, DIAMETRO INTERNO 1.4, CON BOTON DE ASPIRADO, PANTALLA TACTIL RESOLUCION DE 640 X 480 CON SALIDA DE VIDEO Y CAPACIDAD DE ALMACENAR ARCHIVOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA Y MEMORIA INTERNA DE 8 GB. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE
288	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR VAPORIZADORES COMPATIBLES CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA Y DE DIFERENTE MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA. ¿SE ACEPTA?	ACEPTADO
289	DEBIDO A QUE EN EL MERCADO YA NO SE COMERCIALIZA EL ISOFLUORANO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATERNTA PODER OFERTAR SOLAMENTE EL VAPORIZADOR DE SEVOFLUORANO. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE SEVOFLOURO Y DESFLUORANO

DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 1.2 DE LA CONVOCATORIA Y AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 46 DE SU REGLAMENTO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS OBSERVACIONES GENERALES Y ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, SERAN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN ASÍ MISMO SE COMUNICA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA **13 DE JUNIO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS.**

POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN ESTE DOCUMENTO SE DIFUNDIRA A TRAVES DE COMPRANET EN LA DIRECCION ELECTRONICA, <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/> AL CONCLUIR ESTE ACTO Y SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ASIMISMO SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS PROVEEDORES COPIA DE ESTE DOCUMENTO EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO", EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE. POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES; SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, SIENDO LAS 15:15 DEL MISMO MES DIA Y AÑO EN QUE SE INICIA, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA






 Página 31 de 32
2024
 Felipe Carrillo
 PUERTO



ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-49-2024**, PARA LA CONTRATACION DEL **SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIA**, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024

CONSTANCIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

 LIC. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 LIC. SANDRA NUNEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES
DR. ROGELIO GONZALEZ LOPEZ JEFE DIVISION DE CIRUGIA AREA TECNICA	 DR. OMAR BAZEN ORDEÑANA JEFE ANESTESIOLOGIA
 ALBERTO ROLDAN GARCIA ANALISTA COORDINADOR	

