



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO LA-050GYR050-E149-2022

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

En la Ciudad de Mexico, siendo las 16:15 horas, del 14 de Septiembre de 2022, en las Oficinas del Departamento de Abastecimiento, del Hospital de Gineco Obstetricia No.3 'Victor Manuel Espinosa de los Reyes Sanchez', del Centro Medico Nacional 'La Raza', ubicada en: Calzada Vallejo Sin Numero esquina Antonio Valeriano, Colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldia de Azcapotzalco, Ciudad de Mexico; se reunieron los servidores publicos que aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitacion indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los articulos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (en adelante, la Ley), asi como del numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la Lic. Sarita Fabiola Montiel Pacheco, Jefe del Departamento de Abastecimiento, servidor publico designado por la Convocante, quien al inicio de esta junta, comunico a los asistentes que de conformidad con el articulo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderan solicitudes de aclaracion a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interes en participar en esta licitacion, a traves de CompraNet, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipacion a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del Area Tecnica, la C.: Ing. Mireya Anais Gonzalez Trejo, Jefe de la Division de Ingenieria Biomedica.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron Carta de Interés en participar en la Junta de aclaraciones, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, en CompraNet, en CompraNet, de las siguientes empresas:

Table with 5 columns: No., NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, FORMA DE PRESENTACIÓN, No. De PREGUNTAS, No. De HOJAS. It lists two companies: CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V. and TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.

Se informa que siendo las 16:15 horas del día 14 de Septiembre de 2022, se procedió a establecer el enlace por los medios remotos de comunicación electrónica al sistema de Compras Gubernamentales (CompraNet 5.0), recibiendo por dicho medio:

Procedimiento : 1110486 - Convocatoria para la Adquisicion de Equipamiento Medico
Expediente: 2492697- Convocatoria para la Adquisicion de Equipamiento Medico
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/09/2022 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Table with 7 columns: Remitente, Fecha, Asunto, Fecha de Mi Consulta, Fecha de Consulta en la UC, Respuesta. It lists 5 received messages from TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV and CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV.

Total 5

Página 1 de 1

1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

Vallejo S/N, Col. La Raza, C.P.02990
Tels. 57 24 69 00, ext. 24311





ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NUMERO LA-050GYR050-E149-2022**

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

PREGUNTAS EFECTUADAS POR CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

PREGUNTA NO. 6 DE Corporativo MS Sistemas Médicos S.A de C.V del punto 3.1.1.1 al 3.1.1.4, CÉDULA: 531.480.0102.01.01 PUNTO 3.1.1.1 AL PUNTO 3.1.1.4 PÁGINA 1. HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELÉCTRONICO.

se solicita amablemente a la convocante permita ofertar mascarillas nasales neonatales para la administración de Bubble CPAP para pacientes neonatales, el cual cumple la misma función que las cánulas nasales, y previene en mayor porcentaje el riesgo de traumas nasales, ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta

Pregunta 2

3.2 de la precisión de la partida 7 CÉDULA: 531.480.0102.01.01 PUNTO 3.1.2 PÁGINA 1. HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELÉCTRONICO.

"Veinte (20) circuitos desechables de paciente tamaño neonatal (diámetro interno: 22mm) cada uno con trampa de agua y cámara de humidificador, desechables (indicar marca, modelo y/o numero de catálogo) , se solicita amablemente a la convocante solicitar circuitos para la administración de Bubble CPAP, lo anterior para que la terapia pueda emplearse óptima y correctamente, ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta

PREGUNTAS EFECTUADAS POR TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

Ya que la precisión realizada a la pregunta presente da a entender que se acepta circuito con cable y trampa, y a su vez, con doble cable calefactor, solicitamos a la convocante que amablemente aclarare si el circuito configurado es un circuito neonatal, con cable calefactor en ambas ramas, con cámara de humidificación universal desechable, con sistema de auto-llenado, de 10mm de diámetro.

Respuesta: Deberá ofertar circuito desechable neonatal, con trampa de agua y cámara para humidificador desechable, podrá ofertar ambas ramas sin ser limitativo para los demás participantes

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el nuevo calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTOS	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	20/Septiembre/2022	10:00 horas	El acto se realizara de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 Bis Fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraNet.
Fallo	26/Septiembre/2022	15:00 horas	El acto se realizara de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 Bis Fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraNet

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la Oficina de



[Handwritten signature]



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NUMERO LA-050GYR050-E149-2022**

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento del Hospital de Gineco Obstetricia No.3 del Centro Médico Nacional "La Raza", ubicada en: Calzada Vallejo Sin Número esquina Antonio Valeriano, Colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, en donde se fijará copia de la caratula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **16:35** horas, del día **14**, del mes de **Septiembre** del año **2022**.

Esta Acta consta de **03** hojas, y **04** hojas de Solicitudes de Aclaración a la Convocante y Cartas de Interés en Participar enviadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Sarita Fabiola Montiel Pacheco	Departamento de Abastecimiento	
Ing. Mireya Anais Gonzalez	División de Ingeniería Biomédica	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Mariel Paez Conteras	OIC	ASISTE

FIN DEL ACTA

