



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO

En la Ciudad de México, siendo las 15:00 horas del día 04 de Octubre del año 2022, en las Oficinas del Departamento de Abastecimiento del Hospital de Gineco Obstetricia No.3 del Centro Médico Nacional "La Raza", ubicada en: Calzada Vallejo Sin Número esquina Antonio Valeriano, Colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de la Licitación Publica indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El acto fue presidido por la Lic. Sarita Fabiola Montiel Pacheco, Jefe del Departamento de Abastecimiento, servidor público designado por la Convocante.

Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los Artículos 36, 36 Bis, 37 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se efectuó el análisis de las proposiciones técnicas y económicas, y de conformidad a los Artículos 36 Bis, Inciso I y 37 Primer Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se procedió a elaborar el Dictamen técnico y Económico de las propuestas presentadas, mismo que sirvió como base para emitir el Dictamen de Fallo, el cual se dio a conocer en este acto de la Licitación Pública, mencionando las Empresas licitantes cuyas proposiciones técnicas y económicas fueron desechadas y sus motivos, las proposiciones económicas que fueron aceptadas, cantidades y precios de asignación.

ANALISIS DE LAS PROPUESTAS Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados No. LA-050GYR050-E148-2022 para la adquisición de equipamiento médico "Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022 y 2023 (adquisición 2022)". de la UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3, con fundamento en el Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 39, 47, 48 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 41 fracción II, 42, 43, 46 y 48 de su Reglamento, se elabora la evaluación de las propuestas técnicas y demostración de características de los equipos realizadas por los licitantes, emitiendo el siguiente dictamen técnico:

Table with 10 columns: PART, GPO, GEN, ESP, DIF, VAR, DESCRIPCIÓN, LICITANTE, MARCA, PRECIO, and DICTAMEN TÉCNICO. Row 1 details a ventilator bid from Quantum Medical Groupo SA de CV, priced at 410,000.00, which was rejected due to technical and economic non-compliance.





ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO

Table with columns: PART, GPO, GEN, ESP, DIF, VAR, DESCRIPCIÓN, LICITANTE, MARCA, PRECIO, DICTAMEN TÉCNICO. Row 1: Ventilador Adulto PEDIÁTRICO NEONATAL, KENDALL MÉXICO SA DE CV, COVIDIEN, 449,000.00. Technical specifications and non-compliance details are provided in the 'DICTAMEN TÉCNICO' column.





ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO

Table with columns: PART, GPO, GEN, ESP, DIF, VAR, DESCRIPCIÓN, LICITANTE, MARCA, PRECIO, DICTAMEN TÉCNICO. The DICTAMEN TÉCNICO column contains detailed technical specifications and requirements for medical equipment.

ACTO DE FALLO





ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO  
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO

PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	MARCA	PRECIO	DICTAMEN TÉCNICO
										PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS PROPORCIONADOS EN LOS TURNOS SOLICITADOS, ASÍ COMO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS DE TECNOLOGÍA EN ESTOS. TODO ESTO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INCLUYENDO: O MARCA Y MODELO DE LOS BIENES OFERTADOS, O PROGRAMA DE CAPACITACIÓN QUE CONTENGA EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, O EN CASO DE SER REQUERIDA POR EL INSTITUTO CAPACITACIÓN SEMESTRAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.
1	531	941	0980	03	01	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS SA DE CV	MAQUET	546,000.00	<p><b>EL LICITANTE NO CUMPLE.</b> I. LA LICITANTE PRESENTA EN LA CARPETA: "OBJETO_Y_ALCANCE_DE_LA_LICITACIÓN_PÚBLICA" EL ARCHIVO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE "002-4.1_PROPOSTA_TÉCNICA_PDF", CON UN TOTAL DE 119 PÁGINAS, EN EL CUAL INTEGRA EL DOCUMENTO DENOMINADO "LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS" RELATIVO A LA PARTIDA 1 "VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL"; DOCUMENTO EN EL CUAL LA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA EN EL PUNTO 4.1.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS EL LICITANTE NO INCLUYE EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO SIEMPRE Y CUANDO SEA EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.</p> <p>II. EL LICITANTE PRESENTA EN LA CARPETA: "OBJETO_Y_ALCANCE_DE_LA_LICITACIÓN_PÚBLICA" EL ARCHIVO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE "002-4.1_PROPOSTA_TÉCNICA_PDF", CON UN TOTAL DE 119 PÁGINAS, EN EL CUAL INTEGRA EL DOCUMENTO DENOMINADO "NUMERAL 4.1.1 INCISO I" RELATIVO A LA PARTIDA 1 "VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL"; EN EL PUNTO 4.1.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS SE ENCONTRÓ EN LA PÁGINA 16 DEL DOCUMENTO EN MENCIÓN "REGISTRO SANITARIO: 1373C2020SSA" CON EL CUAL PRETENDE PROBAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SOPORTES DOCUMENTALES PRESENTADOS CON SU PROPOSTA "REGISTRO SANITARIO: 1373E2020SSA" EN LA PÁGINA 17; POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL REGISTRO SANITARIO OFERTADO AL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO.</p> <p>III. EL LICITANTE EN SU CARPETA "OBJETO_Y_ALCANCE_DE_LA_LICITACIÓN_PÚBLICA" EN EL ARCHIVO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE "002-4.1_PROPOSTA_TÉCNICA_PDF" PÁGINA 8 PARA EL PUNTO OFERTADO "1.3.12.1 CON FUNCIÓN DE NEBULIZACIÓN PARA PACIENTES NEONATALES QUE PERMITA COMPENSACIÓN DE VOLUMEN DE 2 L/MIN.". EL LICITANTE OFERTA "SISTEMA NEBULIZADOR AEROGEN DE MALLA VIBRATORIA EL CUAL ES APTO PARA PACIENTES NEONATALES" PARA ESTE PUNTO EL LICITANTE OFERTA UN SEGUNDO EQUIPO (NEBULIZADOR) EN COMPLEMENTO AL VENTILADOR OFERTADO, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA Y LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFERTADA, SIENDO UN EQUIPO EXTERNO ADICIONAL QUE NO SE REFERENCIA DEBIDAMENTE EN SU PROPOSTA TÉCNICA-ECONOMICA. INCUMPLIENDO EN LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES NUMERALES PARA ESTE EQUIPO: <b>4.1.1 INCISO I.</b> COPIA DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS; <b>4.3.12</b> CARTA DE PERIODO DE GARANTÍA, INDICANDO EVENTO, PARTIDA, CLAVE, MARCA Y MODELO. SE DEBERÁ ENTREGAR EN HOJA MEMBRETADA Y DEBIDAMENTE FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL DETALLE DE CONTACTOS, DIRECCIONES Y VÍAS TELEFÓNICAS DISPONIBLES PARA EL REPORTE Y ATENCIÓN A GARANTÍA DEL BIEN, PARA INSTRUMENTAL Y ESTETOSCOPIOS 12 MESES, PARA EQUIPO MÉDICO 36 MESES. (ANEXO 1-A); <b>4.3.13</b> CARTA DE PERIODO DE GARANTÍA, INDICANDO EVENTO, PARTIDA, CLAVE, MARCA Y MODELO. SE DEBERÁ ENTREGAR EN HOJA MEMBRETADA Y DEBIDAMENTE FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL DETALLE DE CONTACTOS, DIRECCIONES Y VÍAS TELEFÓNICAS DISPONIBLES PARA EL REPORTE Y ATENCIÓN A GARANTÍA DEL BIEN, PARA INSTRUMENTAL 12 MESES, PARA EQUIPO MÉDICO 36 MESES. (ANEXO 1-A); <b>4.3.14</b> CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INCLUYENDO: O PARTIDA, MARCA Y MODELO DE LOS BIENES OFERTADOS, O MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, O MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, O ACTIVIDADES A REALIZAR O CENTROS DE SERVICIO EN DONDE SE INDIQUEN DIRECCIONES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA EL REPORTE Y/O SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS. <b>4.3.15</b> COPIA DE</p>





ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO  
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO

PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	MARCA	PRECIO	DICTAMEN TÉCNICO
										<p>CAPACITACIÓN EN DONDE EL LICITANTE ADJUDICADO SE OBLIGA A CAPACITAR AL PERSONAL TÉCNICO, MÉDICO Y DE ENFERMERÍA EN SIN COSTO ADICIONAL PARA EL IMSS DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LS PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS PROPORCIONADOS EN LOS TURNOS SOLICITADOS, ASI COMO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS DE TECNOLOGÍA EN ESTOS. TODO ESTO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INCLUYENDO: O MARCA Y MODELO DE LOS BIENES OFERTADOS, O PROGRAMA DE CAPACITACIÓN QUE CONTENGA EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, O EN CASO DE SER REQUERIDA POR EL INSTITUTO CAPACITACIÓN SEMESTRAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.</p> <p>IV. EL LICITANTE EN SU CARPETA "OBJETO_Y_ALCANCE_DE_LA_LICITACION_PÚBLICA" EN EL ARCHIVO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE "002-4.1_PROPOSTA_TÉCNICA_PDF" PÁGINA 6 EN LA CUAL INTEGRA EL DOCUMENTO DENOMINADO "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" NUMERAL "1.1 VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL", EN LA CARPETA:</p> <p>"REQUISITOS_QUE_LOS_LICITANTES_DEBEN_CUMPLIR_DE_PROPOSTA_TÉCNICA" EL ARCHIVO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE "MANUAL DE OPERACIÓN.PDF", PÁGINA 14 Y A LA DEMOSTRACIÓN TÉCNICA LA VENTILACIÓN ÚNICAMENTE DESPLIEGA PARA MODO "NIÑO Y ADULTO". EN DONDE EL LICITANTE MENCIONA QUE PARA HACER LA DISTINCIÓN ENTRE PEDIÁTRICO NEONATAL ES MEDIANTE EL CONTROL DE VOLUMEN, LO CUAL ES UN ALTO RIESGO DERIVADO A QUE EL PORCENTAJE DE TOLERANCIA GENERADA EN EL EN EL CÁLCULO DE ESTE VOLUMEN PUEDE GENERAR UN TRAUMA EN EL PACIENTE. SE CONCLUYE QUE NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFERTADA Y LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA "RANGO DE PESO" DERIVADO A QUE DE ACUERDO AL PESO DEL PACIENTE SE CONFIGURA LA VENTILACIÓN INVASIVA Y VENTILACIÓN NO INVASIVA, EN DONDE EL PESO MÍNIMO OFERTADO EN ALGUNOS DE ESTOS MODOS VENTILATORIOS ES DE 0.5 KG; POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO CUENTA CON EL MODO NEONATAL.</p> <p>V. LA LICITANTE EN SU CARPETA "OBJETO_Y_ALCANCE_DE_LA_LICITACION_PÚBLICA" EN EL ARCHIVO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE "002-4.1_PROPOSTA_TÉCNICA_PDF" PÁGINA 6 EN LA CUAL INTEGRA EL DOCUMENTO DENOMINADO "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" NUMERAL "1.4.7 VENTILACIÓN NO INVASIVA PARA LOS TRES TIPOS DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)." Y EN LA CARPETA: "REQUISITOS_QUE_LOS_LICITANTES_DEBEN_CUMPLIR_DE_PROPOSTA_TÉCNICA" EL ARCHIVO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE "MANUAL DE OPERACIÓN.PDF", PÁGINA 14 SE CONCLUYE QUE NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFERTADA Y LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MANUAL DE OPERACIÓN DERIVADO A QUE EN LA CONFIGURACIÓN PARA EL SERVO-I ADULT EN LA COLUMNA DE VNI MENCIONA "NO APLICABLE"</p>
1	531	941	0980	03	01	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	SERVICIOS MÉDICOS BAZAFI SA DE CV	TECME	547,000.00	<p><b>EL LICITANTE NO CUMPLE:</b> I. EL LICITANTE PRESENTA EN LA CARPETA: "REQUISITOS_QUE_LOS_LICITANTES_DEBEN_CUMPLIR_DE_PROPOSTA_TÉCNICA" EL ARCHIVO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE "DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA-SBB.PDF", CON UN TOTAL DE 184 PÁGINAS, EN EL CUAL INTEGRA EL DOCUMENTO DENOMINADO "AVISO DE FUNCIONAMIENTO, DE RESPONSABLE SANITARIO Y DE MODIFICACIÓN O BAJA" RELATIVO A LA PARTIDA 1 "VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL"; DOCUMENTO EN EL CUAL LA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA EN EL PUNTO 4.1.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS EL LICITANTE NO INCLUYE EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO SIEMPRE Y CUANDO SEA EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO</p> <p>II. EL LICITANTE PRESENTA EN LA CARPETA: "REQUISITOS_QUE_LOS_LICITANTES_DEBEN_CUMPLIR_DE_PROPOSTA_TÉCNICA" EL ARCHIVO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE "DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA-SBB.PDF", CON UN TOTAL DE 184 PÁGINAS, EN EL CUAL INTEGRA EL DOCUMENTO DENOMINADO "REGISTRO SANITARIO NO. 1407E2020 SSA" PÁGINA 168 RELATIVO A LA PARTIDA 1 "VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL"; DOCUMENTO EN EL CUAL LA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA EN EL PUNTO 4.1.1.</p>





ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MEDICO

Table with columns: PART, GPO, GEN, ESP, DIF, VAR, DESCRIPCION, LICITANTE, MARCA, PRECIO, DICTAMEN TECNICO. The DICTAMEN TECNICO column contains detailed technical specifications and requirements for medical equipment.





ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO

Table with columns: PART, GPO, GEN, ESP, DIF, VAR, DESCRIPCIÓN, LICITANTE, MARCA, PRECIO, DICTAMEN TÉCNICO. Row 1: 1, 531, 941, 0980, 03, 01, VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL, SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV, IMTMEDIC ALAG, 560,000.00, [Detailed technical specifications and non-compliance notes]

ACTO DE FALLO





ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO  
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO

PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	MARCA	PRECIO	DICTAMEN TÉCNICO
										OFERTA TÉCNICA EN MODO NEONATAL PARA LOS PUNTOS 1.3.14 SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO, 1.4.8 RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV), 1.5.17 CÁLCULO Y/O REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TRABAJO RESPIRATORIO O PRESIÓN TRAQUEAL, 1.5.20 CÁLCULO O MEDICIÓN DE PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL LAZO DE VOLUMEN VS.PRESIÓN, 1.5.21 DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRANSPULMONAR O PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN TRAQUEAL O EDI Y 1.7.4 COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES, O CON LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE PARA HACER EL AJUSTE Y LA COMPENSACIÓN DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. ASÍ MISMO NO OFERTA EL PUNTO 1.4.12 VENTILACIÓN EN DOS NIVELES DE PRESIÓN PARA EL MODO DE VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI).
1	531	941	0980	03	01	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	DRAGER MEDICAL MÉXICO SA DE CV	DRÄGUE R	560,000.00	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA
1	531	941	0980	03	01	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	VIASIS OCC SA DE CV	EVENT MEDICAL	605,000.00	NO FUE ANALIZADA, EN VIRTUD DE QUE EXISTE UNA PROPUESTA MAS BAJA APROBADA
1	531	941	0980	03	01	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	CAF HEALTHCAR E SYSTEMS	NIHON KOHDEN	653,647.00	NO FUE ANALIZADA. DE ACUERDO A LA PRESENTE CONVOCATORIA RELATIVOS A LOS PUNTOS "4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR DE PROPUESTA TECNICA, 4.1.1. CALIDAD INCISO VII" Y "4.4. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO INCISO A)", EL LICITANTE NO REALIZÓ DEMOSTRACIÓN DE CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA
1	531	941	0980	03	01	VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	GRUPO EOLICA SA DE CV	HAMILTON MEDICAL	836,657.00	NO FUE ANALIZADA. DE ACUERDO A LA PRESENTE CONVOCATORIA RELATIVOS A LOS PUNTOS "4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR DE PROPUESTA TECNICA, 4.1.1. CALIDAD INCISO VII" Y "4.4. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO INCISO A)", EL LICITANTE NO REALIZÓ DEMOSTRACIÓN DE CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA
2	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALES	CENTRAL MÉDICA DE SUMINISTROS SA DE CV	ADVANCED	73,000.00	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA
2	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALES	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA SA DE CV	ZAFIRO	75,857.31	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA
5	537	690	0022	02	1	PERCUTOR NEONATAL	MELJROM SA DE CV	GENERAL PHYSIOTHERAPY, INC	4,000.00	<b>EL LICITANTE NO CUMPLE.</b> DE ACUERDO A LA PRESENTE CONVOCATORIA RELATIVO AL PUNTO 4.1.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, LA LICITANTE NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO; POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA
6	537	690	0014	02	01	PERCUTOR ELÉCTRICO	MELJROM SA DE CV	GENERAL PHYSIOTHERAPY, INC	13,500.00	<b>EL LICITANTE NO CUMPLE.</b> DE ACUERDO A LA PRESENTE CONVOCATORIA RELATIVO AL PUNTO 4.1.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, LA LICITANTE NO PRESENTA AVISO DE FUNCIONAMIENTO; POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA
8	531	641	0082	03	01	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXÍGENO	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS SA DE CV	AEROGÉN	24,800.00	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA

FUNDAMENTACIÓN:

ACTO DE FALLO

8

Vallejo S/N. Col. La Raza, C.P.02990  
Tels. 57 24 69 00, ext. 24311



Ricardo  
**2022 Flores**  
Año de  
**Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO**  
**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL**  
**NUMERO LA-050GYR050-E148-2022**

**ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO**

**Primero:** Con lo establecido en el Art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

**Segundo.-** Conformar a la documentación que integro como parte de su propuesta y de acuerdo a la evaluación técnica-administrativa y demostración de características de los equipos y muestras presentadas.

**Tercero.-** Con lo establecido en el numeral 4.25 inciso e) y 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, se verificó la solvencia de las cotizaciones, asegurando las mejores condiciones para el Estado.

Se comunica a los licitantes que se verifico el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados disponible en: [https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha\\_Tecnica/SancionadosN.htm](https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm),. Asi como, el listado de las personas con las que el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra impedido de contratar conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley y 88 de su Reglamento, con corte al 30 de septiembre de 2022. De dicha verificación se constató que los licitantes participantes en el presente procedimiento no se encuentran en dichos listados, los directorios se imprimirán y serán integrados en el expediente de la presente contratación.

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados No. **LA-050GYR050-E148-2022** para la **adquisición de equipamiento médico "Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022 y 2023 (adquisición 2022)"**. de la UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3, con fundamento en el Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 39, 47, 48 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 41 fracción II, 42, 43, 46 y 48 de su Reglamento, se elabora la evaluación de las propuestas técnicas y demostración de características de los equipos realizadas por los licitantes, emitiendo el siguiente dictamen económico:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO	LICITANTE	DICTAMEN
2	531.619.0403.02.01	(*) MONITOR DE SIGNOS VITALES EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALES	ZAFIRO	MEXICO	17	\$75,857.31	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	2

**Motivo 1.-** Porque Sobrepasaron la Postura Más Baja.

**Motivo 2.-** Resultan Insolventes, derivado del estudio de mercado efectuado por Unidad Convocante y los Antecedentes de compra del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con lo que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 38, 37 Fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 51 de su Reglamento.

**FALLO**

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y una vez analizadas las Propuestas Económicas y verificadas la operaciones aritméticas de los importes contenidos en dicha propuesta, con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado se determina adjudicar en la modalidad de contrato y/o pedido a los siguientes Licitantes.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO	LICITANTE	ASIGNACION
1	531.941.0980.03.01	(*) VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	Dräger	ALEMANIA	11	\$560,000.00	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	100
2	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALES	ADVANCED	EUA	17	\$73,000.00	CENTRAL MEDICA DE SUMINISTROS SA DE CV	100
8	531.641.0082.03.01	(*) NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXÍGENO	AEROGEN	IRLANDA	5	\$24,800.00	CORPORATIVO M SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	100





ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO

La evaluación técnica Administrativa de las proposiciones fue realizada por la C.: Ing. Mireya Anais Gonzalez Trejo, Jefa de la División de Ingeniería Biomédica y el Dr. Santiago de la O. Jiménez; Jefe de Inhaloterapia. Lo anterior con fundamento en el Artículo 37 Fracción VI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

La evaluación económica de las proposiciones fue realizada por la C.: Lic. Norma Reyes Machuca, Jefe de la Oficina de Adquisiciones; lo anterior con fundamento en el Artículo 37 Fracción VI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

CLAVES DESIERTAS

Table with 5 columns: Partida, Clave PREI, Clave SAI, Descripción del artículo, Cantidad. It lists 7 items such as 'LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS' and 'ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE'.

Los licitantes que obtuvieron asignación deberán de acudir a el Departamento de Abastecimiento, del Hospital de Gineco Obstetricia No.3 del Centro Médico Nacional 'La Raza', ubicada en: Calzada Vallejo Sin Número esquina Antonio Valeriano, Colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, para firmar los pedidos y/o contratos que se deriven del presente evento, el día 13 de Octubre de 2022, a las 15:00 horas, apegándose para ello en lo establecido en las bases que rigen el presente evento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, a fin de no incurrir en las causales previstas por los artículos 59 y 60 de dicho ordenamiento legal.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de esta Acta en: Departamento de Abastecimiento, del Hospital de Gineco Obstetricia No.3 del Centro Médico Nacional 'La Raza', ubicada en: Calzada Vallejo Sin Número esquina Antonio Valeriano, Colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

La información también estará disponible en la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx

De conformidad al artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su última Reforma del día 02 de Septiembre de 2022, se señala el número, objeto, monto y vigencia del contrato:





ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO LA-050GYR050-E148-2022

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO

Table with 8 columns: Contrato, Concepto, Proveedor o contratista, Fecha de inicio, Fecha termino, Monto asignado, % Fianza, Monto Fianza. It lists three contracts for medical equipment from providers like DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV and CENTRAL MEDICA DE SUMINISTROS SA DE CV.

Con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Publico, el licitante ganador para garantizar todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato/pedido adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en los términos de la Ley de Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto Mexicanos del Seguro Social.

El representante del Órgano Interno de Control manifiesta lo siguiente:

Que con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este acto, una vez que se dio lectura a la presente acta, señalo que corresponde a las áreas requirente y técnica, en términos de los artículos 37 de la LAASSP y, 2 de su Reglamento, en correlación con el numeral 5.3.8, inciso a), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, verificar que los bienes o servicios que se evaluaron cumplen con la Convocatoria y sus anexos; con las precisiones de la Junta de aclaraciones y si las proposiciones que se presentaron cumplen con lo anterior, así como la debida asignación de los puntos y que se cuente con el debido sustento en los desechamientos, que en su caso, se hayan determinado. Asimismo, señala que es responsabilidad del área contratante y/o técnica, la evaluación que se realizó para la emisión del presente Acto de Fallo de conformidad con el artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concordancia con los numerales 4.2.2.1.15, 4.2.2.1.16 y 4.2.2.1.17 del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx





**ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO  
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
NUMERO LA-050GYR050-E148-2022**

**ADQUISICION EQUIPAMIENTO MÉDICO**

Se da por terminado este acto, siendo las **15:45** horas, del día **04 de Octubre de 2022**.

Esta Acta consta de 12 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Sarita Fabiola Montiel Pacheco	Departamento de Abastecimiento	
Ing. Mireya Anais Gonzalez Trejo	División de Ingeniería Biomédica	

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Mariel Paez Contreras	OIC	

FIN DEL ACTA

