



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

En la Ciudad de México, siendo las **12:00 horas**, del **14 de Marzo de 2025**, en las **Oficinas del Departamento de Abastecimiento**, de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 "Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez", del Centro Médico Nacional "La Raza", Ciudad de México, ubicada en: Calzada Vallejo Sin Número esquina Antonio Valeriano, Colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos que aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la Lic. Norma Reyes Machuca, Jefe de la Oficina de Adquisiciones, servidor público designado por la Convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma Integral CompraNet, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del Área Técnica **Ing. Mireya Anais Gonzalez Trejo, División de Ingeniería Biomédica**

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron Carta de Interés en participar en la Licitación, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, en CompraNet, de las siguientes empresas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
2	ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
3	BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	04
4	CARDIOPACE SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
5	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	02
6	COMERCIALIZADORA UCIN S A P I DE CV	Plataforma Integral CompraNet	04
7	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	03
8	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
9	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
10	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	06
11	DURFA SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
12	FLEXUS SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	03
13	GABRIEL DELGADO ALONSO	Plataforma Integral CompraNet	00
14	GRUPO BIOMEDICO EMPRESARIAL SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
15	GRUPO MORAVI SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	04
16	GUADALUPE ARELI CERVANTES MEJIA	Plataforma Integral CompraNet	10
17	GUERBET MEXICANA SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
18	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	03
19	LAMCAS MAYORISTAS SAS DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
20	LIZBETH CHAVEZ TELLEZ	Plataforma Integral CompraNet	00
21	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
22	OMNINUS SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
23	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	01
24	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
25	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00
26	VITER MEDICAL SA DE CV	Plataforma Integral CompraNet	00


















Se informa que siendo las **10:00 horas** del día **11 de Marzo de 2025**, se procedió a establecer el enlace por los
















ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025

CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

medios remotos de comunicación electrónica a la Plataforma Integral CompraNet, verificando por dicho medio:

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	03/03/2025 12:46	03/03/2025 12:46		
2	ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	28/02/2025 09:09	28/02/2025 09:22		
3	BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV	07/03/2025 10:24	07/03/2025 11:00		
4	CARDIOPACE SA DE CV	27/02/2025 10:06	05/03/2025 03:43		
5	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	03/03/2025 16:11	03/03/2025 16:11		
6	COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV	27/02/2025 11:42			
7	COMERCIALIZADORA MSA MEDICA SA DE CV	03/03/2025 13:58			
8	COMERCIALIZADORA UGIN S A P I DE CV	27/02/2025 22:27	27/02/2025 22:28		
9	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	27/02/2025 18:24	27/02/2025 18:24		
10	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE SA DE CV	03/03/2025 17:36	03/03/2025 17:40		
11	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	27/02/2025 14:40	27/02/2025 14:41		
12	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	27/02/2025 12:07	27/02/2025 12:08		
13	DURFA SA DE CV	04/03/2025 08:45	05/03/2025 09:57		
14	FLEXUS SA DE CV	28/02/2025 18:30	10/03/2025 19:40		
15	GABRIEL DELCADO ALONSO	05/03/2025 10:30	05/03/2025 10:31		
16	GRUPO BIOMEDICO EMPRESARIAL SA DE CV	03/03/2025 08:12	03/03/2025 17:00		
17	GRUPO MORAVI SA DE CV	27/02/2025 13:45	28/02/2025 12:22		
18	GUADALUPE ARELI CERVANTES MEJIA	05/03/2025 08:59	05/03/2025 08:59		
19	GUERBET MEXICANA SA DE CV	27/02/2025 21:26	27/02/2025 21:28		
20	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	28/02/2025 11:05	28/02/2025 11:05		

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones
21	INTERSURGICAL SA DE CV	11/03/2025 11:27	11/03/2025 11:28		
22	LABORATORIOS PISA SA DE CV	27/02/2025 16:19			
23	LAMCAS MAYORISTAS SAS DE CV	27/02/2025 16:20	10/03/2025 12:01		
24	LAURA PEREZ JUAREZ	28/02/2025 15:46			
25	LIZBETH CHAVEZ TELLEZ	06/03/2025 20:21	06/03/2025 20:21		
26	LOGEVCO S DE RL DE CV	06/03/2025 00:03			
27	LUIS EDUARDO SAENZ PALLARES	10/03/2025 17:38			
28	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	27/02/2025 15:58	27/02/2025 15:59		
29	OMNINUS SA DE CV	28/02/2025 14:33	28/02/2025 14:35		
30	RYU MEDICAL SA DE CV	04/03/2025 11:22			
31	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	28/02/2025 12:40	03/03/2025 14:33		
32	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	28/02/2025 12:29	03/03/2025 08:24		
33	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	28/02/2025 09:30			
34	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	07/03/2025 12:01			
35	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	05/03/2025 16:29	05/03/2025 16:30		
36	VECA BIOMEDICA SA DE CV	06/03/2025 16:02			
37	VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR	07/03/2025 18:33			
38	VITER MEDICAL SA DE CV	27/02/2025 09:16	27/02/2025 09:17		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025
CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

LA CONVOCANTE REALIZA LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA CON FUNDAMENTO EN EL ART 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) SE INCORPORA A LA CONVOCATORIA:

Se hace de conocimiento a los licitantes, lo siguiente:

1.- En el numeral 3.1 FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS ACTOS DE LICITACION

Se elimina el párrafo: Durante el proceso de la Demostración de Equipos médicos neonatales, el licitante podrá realizar visitas a las instalaciones de la UMAE en la fecha y horarios programados previamente por la convocante, estas visitas se realizarán atendiendo el Protocolo de Actuación en Material de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones. Sección IV Visita.


2.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el "proveedor" proporcionara sin costo para el Instituto durante la vigencia del contrato 1 equipo SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO CON PANTALLA TACTIL, MINIMAMENTE INVASIVO, QUE PERMITE OBTENER MUESTRAS MULTIPLES DE BIOPSIA CON UNA INSERCIÓN UNICA, MCA. BD-BARD, MOD. ENCOR ENSPIRE, En las subpartidas 5, 8, 12, 28 y 29

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)
REQUERIMIENTO

SUB PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRES	CANT	TIP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
5	379	039	0326	00	00	APLICADOR ESTERIL, DESECHABLE, FLEXIBLE PARA MARCAR RADIOGRAFICAMENTE EL TEJIDOMAMARIO PERCUTANEO DEL SITIO DE BIOPSIA, CALIBRE 10G Y FORMA DE ALAMBRE EN O. CONSISTE EN TRES ALMOHADILLAS DE ACIDO POLIGLICOLICO (PGA) RE ABSORBIBLES. LAALMOHADILLA CENTRAL CONTIENE UNA PIEZA DE CABLE DE TITANIO, MOLDABLE, PREVISTOPARA EL MARCADO DE LA MAMA Y VISIBLE EN RADIOGRAFIA A LARGO PLAZO DEL SITIO DELA BIOPSIA, TIENE UNA ALMOHADILLA DE EMPUJE DE GLICOL POLIETILENO (PEG) EN ELEFTREMO DISTAL. LAS ALMOHADILLAS SON VISIBLES A TRAVES DE ULTRASONIDO PORAPROXIMADAMENTE 12 SEMANAS. PRESENTACION: CAJA C/10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO:SMTEC10G. PARA EL SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO CON PANTALLATACTIL. CLAVE: 526.783.0015. MARCA: ENCOR. MODELO: SENOMARK.	CJA	10	PZA	2	6
8	379	185	0252	00	00	CASSETT PLASTICO DE TUBOS DE VACIO Y ENJUAGUE, ESTERIL Y DESECHABLE.PRESENTACION: CAJA C/12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: DS4001. PARA EL SISTEMA PARABIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO CON PANTALLA TACTIL. CLAVE: 526.783.0015.MARCA: ENCOR. MODELO: ENCOR ENSPIRE	CJA	12	PZA	2	6
12	379	375	0575	00	00	FRASCO DE PLASTICO, CON TAPA PLASTICA CON 4 CONECTORES NO ESTERIL CON CAPACIDAD1200 ML. PRESENTACION: CAJA C/12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SCCAN01. PARA ELSISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO CON PANTALLA TACTIL. CLAVE:526.783.0015. MARCA: ENCOR. MODELO: ENCOR ENSPIRE.	CJA	12	PZA	2	6
28	379	822	1168	00	00	SONDA DE BIOPSIA MAMARIA CALIBRE 4.0 MM (10G) Y LONGITUD DE LA SONDA 11.3 CM. ESTERIL. CON PUNTA DE TROCAR AFILADO EN EL EXTREMO DISTAL PARA LA INSERCIION Y	CJA	5	PZA	2	6

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS

3





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025
CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

SUB PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRES	CANT	TIP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
						UNCUTER TUBULAR OSCILANTE PARA LA ADQUISICION DE TEJIDO, CON ADAPTADOR DE JERINGA PARA INTRODUCIR ANESTESICO EN EL LUGAR DE LA BIOPSIA. PRESENTACION: CAJA C/5PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: ECP0110G. PARA EL SISTEMA PARA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO CON PANTALLA TACTIL. CLAVE: 526.783.0015. MARCA: ENCOR. MODELO: ENCOR ENSPIRE.					
29	526	310	0066	00	00	GUIA PLASTICA PARA AGUJA DE 10G ESTERIL Y DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA/10PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: ENCFINSERT10G. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA. CLAVE: 531.611.0028. Y MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS. CLAVE: 531.611.0033. MARCA: GIOTTO / MAMMOTEST / SIEMENS / PLANMED. MODELO: VARIOS.	CJA	10	PZA	2	6

PREGUNTAS EFECTUADAS POR BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

4.1 CALIDAD, IV. MUESTRAS

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CATALOGOS EN VEZ DE MUESTRAS, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA. LOS LICITANTES COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE EVENTO LICITATORIO DEBERÁN PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA UNA DE LAS CLAVES A OFERTAR REPRESENTATIVA.

Pregunta 2

4.1 CALIDAD, IV. MUESTRAS

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SE NOS PERMITA ENTREGAR ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA. ASÍ MISMO SE DEBERÁ ENTREGAR REFERENCIANDO EN EL DOCUMENTO LA PARTIDA OFERTADA

Pregunta 3

6. DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS VIGENTE Y POSITIVA CON MÁXIMO 3 DÍAS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA. EL(LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S) DEBERÁ(N) PRESENTAR A LA FIRMAR DEL CONTRATO, LAS OPINIONES POSITIVAS Y FECHA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

Pregunta 4

ANEXO 1 REQUERIMIENTO

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LAS PARTIDAS 5,8,12,27 Y 29 SE REQUIERE PROPORCIONAR EN COMODATO EL EQUIPO CLAVE 526.783.0015.00.00 SISTEMA DE BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO

Respuesta: LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE ESTA PREGUNTA QUEDA CONTESTADA CON LA ACLARACIÓN REALIZADA A LA CONVOCATORIA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025
CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

PREGUNTAS EFECTUADAS POR CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

ANEXO NÚMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO PARTIDA 10

ME REFIERO A LA PARTIDA 10 DESCRIPCIÓN: CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERODE CATALOGO: 000000-0415-345. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE533.631.0106.01.01 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. MARCA: CARL ZEISS.MODELO: HYRAX M25PIEZA PARA LA CUAL HACEMOS LA ACLARACIÓN QUE EL CATALOGO: 000000-0415-345 YA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE Y QUE SU SUSTITUTO EN CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD ES EL CATÁLOGO 28407007 CHUCHILLA DESECHABLE DE ALTO PERFIL PRESENTACIÓN CAJA DE 50 PIEZAS PARA USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 533.631.0106.01.01 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE NUEVO CATÁLOGO, ASÍ COMO SU VERSIÓN DE LA MISMA, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA OFERTAR CATÁLOGO 28407007 CHUCHILLA DESECHABLE DE ALTO PERFIL PRESENTACIÓN CAJA DE 50 PIEZAS PARA USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 533.631.0106.01.01 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA APRECIAR Y VALIDAR LA TOTALIDAD DE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA Y OFERTADA

Pregunta 2

6. DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA PUNTO 6.9, 6.10 Y 6.11

DEBIDO A QUE LA VIGENCIA DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ES SOLO DEL MISMO DÍA QUE SE EMITE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUANDO MENOS 5 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA. EL(LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S) DEBERÁ(N) PRESENTAR A LA FIRMAR DEL CONTRATO, LAS OPINIONES POSITIVAS Y FECHA A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR COMERCIALIZADORA UCIN S.A.P.I DE C.V.:

Pregunta 1

PARTIDA 20 NEBULIZADOR DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA MARCA QUE TENGA CARACTERÍSTICAS DIFERENTES PERO QUE DE EL MISMO BENEFICIO CLÍNICO COMO ES PROPORCIONAR EL TAMAÑO DE PARTÍCULA SOLICITADO, SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA. SE SOLICITA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN CONVOCATORIA.

Pregunta 2

PARTIDA 1 ADAPTADOR EN T DESECHABLE TAMAÑO ADULTO DE PLASTICO TRANSPARENTE PAR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MARCA FEELLIFE, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA. SE SOLICITA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN CONVOCATORIA.

Pregunta 3

GENERAL

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTO IMPORTADO CON EL QUE NO EXISTA TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MEXICO ¿SE ACEPTA?"

Respuesta: LA LICITACION ESTA BAJO EL ARTICULO 28 FRACCION II DE LA LAASSP.

Pregunta 4

ANEXO 2 (DOS) TERMINOS Y CONDICIONES PUNTO I.I PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE REQUERIRAN EQUIPOS A COMODATO Y PARA QUE PARTIDAS.

Respuesta: LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE ESTA PREGUNTA QUEDA CONTESTADA CON LA



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025**

CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

ACLARACIÓN REALIZADA POR LA CONVOCATORIA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

ANEXO NUMERO 1

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARAR ¿PARA QUE TIPO DE PACIENTE? Y SON ¿DESECHABLES O REUSABLES? LOS ELECTRODOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 11

Respuesta: PARA PACIENTE ADULTO Y DESECHABLE.

Pregunta 2

ANEXO TECNICO NUMERO 1

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DEFINIR SI EL LÁPIZ DE ELECTROCIRUGÍA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 13 ES DE CARÁCTER ¿DESECHABLE O REUSABLE?

Respuesta: EL LÁPIZ DE ELECTROCIRUGÍA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 13 ES DESECHABLE

Pregunta 3

ANEXO TECNICO NUMERO 1

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CLARIFICAR SI LAS PLACAS DOBLES CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 21 ¿REQUIEREN CABLE?

Respuesta: NO SE REQUIERE CON CABLE

PREGUNTAS EFECTUADAS POR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

PUNTO 3.2 JUNTA DE ACLARACIONES

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS INDIQUE SI PARA ESTE EVENTO Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL RLAASSP EN SU ARTICULO 46 NUMERAL II , HABRÁ RONDA DE REPREGUNTAS SOBRE LA JUNTA DE ACLARACIONES. QUEDAMOS ATENTOS A SU AMABLE RESPUESTA.

Respuesta: LA JUNTAS DE ACLARACIONES DE DESARROLLA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 46 NUMERAL II DEL REGLAMENTODE LA LAASSP.

Pregunta 2

PUNTO 4.1 CALIDAD INC II

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO , PRESENTANDO EL ACUERDO POR EL QUE SE DA CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PUBLICADO EN EL DOF CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA. ASÍ MISMO SE DEBERÁ ENTREGAR REFERENCIANDO EN EL DOCUMENTO LA PARTIDA OFERTADA.

Pregunta 3

PUNTO 6.10 OPINION IMSS

EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SI SE LLEGA A DAR UNA FALLA EN LA PLATAFORMA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADO POR EL LICITANTE QUE ASÍ LO ESPECIFIQUE, ASÍ COMO ADJUNTAR CAPTURA DE PANTALLA DE LA FALLA Y LA ÚLTIMA OPINION EMITIDA POR LA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025
CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

PLATAFORMA ¿SE ACEPTA?

Respuesta: LA CONVOCANTE INTENTARÁ ABRIR LOS ARCHIVOS MÁS DE UNA VEZ EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON LOS PROGRAMAS WORD, EXCEL Y PDF, EN CASO DE QUE SE CONFIRME QUE EL ARCHIVO CONTIENE ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO, O ESTÁ ALTERADO POR CAUSAS AJENAS A LA CONVOCANTE O A COMPRANET, LA PROPOSICIÓN SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA. DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET. NUMERAL 29.- DEBERA INTEGRAR A LA PROPOSICION ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER CAUSA AJENA AL IMSS.

Pregunta 4

PUNTO 6.10 OPINION IMSS

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN VIGENTE Y POSITIVA EMITIDA POR EL IMSS CON UNA FECHA DE MÁXIMO 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, PREVIENDO UN PROBLEMA CON LA PLATAFORMA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE NO NOS PERMITA OBTENER LA CITADA OPINIÓN AFECTANDO DIRECTAMENTE LA PROPUESTA PRESENTADA ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA. EL(LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S) DEBERÁ(N) PRESENTAR A LA FIRMAR DEL CONTRATO, LAS OPINIONES POSITIVAS Y FECHA A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

Pregunta 5

PUNTO 12 ANEXOS

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS ANEXOS QUE NO APLICAN A MI REPRESENTADA CON UN ESCRITO QUE ASÍ LO ESPECIFIQUE O EN SU DEFECTO PRESENTAR DICHO ANEXO CON LA LEYENDA EN MARCA DE AGUA 'NO APLICA' ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.

Pregunta 6

ANEXO 1 REQUERIMIENTO

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO COARTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR INSUMOS COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DONDE SERÁN UTILIZADOS, ORIGINALES, NUEVOS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO ¿SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA. SE SOLICITA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN CONVOCATORIA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR FLEXUS, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

PARTIDA 26 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL SENSOR DE TEMPERATURA SURETEMP REQUIERE RECEPTACULO DE COLOR AZUL

Respuesta: SE REQUIERE RECEPTACULO DE COLOR AZUL

Pregunta 2

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI TIENEN FORMATOS PARA LA CARTA DE APOYO Y A LA VEZ NOS INFORME SI LA CARTA DE APOYO TIENE QUE SER DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO

Respuesta: LOS LICITANTES DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 4.1 CALIDAD.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025
CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

Pregunta 3

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI LA ADJUDICACION SERA POR PARTIDA O POR TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS

Respuesta: UNA SOLA FUENTE DE ABASTO POR PARTIDA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

PAGINA 73, PUNTO 47

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS PROPUESTAS DE LOS BIENES A OFERTAR NO CONTARAN CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACION. LA LICITACION ESTA POR EL ARTICULO 28 FRACCION II, INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS.

Pregunta 2

PARTIDA 20

DERIVADO DE QUE EL NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA CON NUMERO DE CUATRO BÁSICO 379.643.0233.00 REQUIERE DEL MÓDULO AEROGEN PRO-X PARA SU USO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SERÁ NECESARIO LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA,

Respuesta: SE REQUIEREN EQUIPOS EN COMODATO.

Pregunta 3

PARTIDA 20

DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA QUE SEÑALA LA ENTREGA DE MÓDULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEBULIZADOR CON NUMERO DE CUADRO BÁSICO 379.643.0233.00. ¿SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR EL NÚMERO DE EQUIPOS REQUERIDOS Y LA MODALIDAD EN QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS?

Respuesta: SE REQUIEREN 10 EQUIPOS CON PEDESTAL.

Pregunta 4

PAGINA 9, PUNTO 4.1.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARA SI CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES A OFERTAR Y GARANTIZAR EL ABASTO SE DEBERÁ ENTREGAR EN CONJUNTO CON EL REGISTRO SANITARIO LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE APOYANDO LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Respuesta: LOS LICITANTES DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 4.1 CALIDAD.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR GUADALUPE ARELI CERVANTES MEJIA:

Pregunta 1

4.1 CALIDAD, NUMERAL I REGISTRO SANITARIO

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ECONÓMICA, PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUE, PRESENTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON LA PARTIDA, EL ACUERDO PUBLICADO POR LA COFEPRIS EN EL D.O.F. EN SU EDICIÓN DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 MISMO QUE CONTIENE LOS "PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", EL CUAL PARA EFECTOS TÉCNICOS TIENE LA MISMA VALIDES QUE LA CONSTANCIA DE NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA. ASÍ MISMO SE DEBERÁ ENTREGAR REFERENCIANDO EN EL DOCUMENTO LA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025
CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

PARTIDA OFERTADA.

Pregunta 2

4.1 CALIDAD, NUMERAL I REGISTRO SANITARIO

EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS CON TODO RESPETO A LA CONVOCANTE QUE MOTIVE Y FUNDAMENTE LA RAZÓN DE NO TOMAR EN CUENTA EL MENCIONADO ACUERDO PUBLICADO POR NUESTRA AUTORIDAD SANITARIA LA COFEPRIS, PARA ESOS EFECTOS DE LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.

Respuesta: SE ACEPTA. ASÍ MISMO SE DEBERÁ ENTREGAR REFERENCIANDO EN EL DOCUMENTO LA PARTIDA OFERTADA.

Pregunta 3

NUMERAL 4 PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 8 (OCHO)

SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE LA PROPUESTA SE PUEDA PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO, ELIMINANDO LAS PARTIDAS/CLAVES QUE NO OFERTAMOS, RESPETANDO SIEMPRE EL NUMERO CONSECUTIVO DEL ANEXO 1, LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE MI PROPUESTA, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA.

Pregunta 4

6.10 OPINIÓN POSITIVA QUE ESTÁ AL CORRIENTE CON SUS OBLIGACIONES DE IMSSSS

EN MI CASO NO CUENTO CON TRABAJADORES ACTIVOS INSCRITOS AL REGIMEN IMSS E INFONAVIT, POR LO QUE NO TENGO OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS); LO QUE ACREDITO PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO PRESENTANDO COMO PARTE INTEGRAL EN MI PROPUESTA LAS OPINIONES EMITIDAS EN ESTE SENTIDO "SIN OPINION", LO QUE FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL "ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DEL AÑO 2022, ES SU REGLA CUARTA.- SENTIDOS DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO." SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION, ¿ES CORRECTO?

Respuesta: SE ACEPTA. ASÍ MISMO SE DEBERÁ ENTREGAR REFERENCIANDO EN EL DOCUMENTO LA PARTIDA OFERTADA.

Pregunta 5

6.11 CONSTANCIA DE NO ADEUDOS INFONAVIT

EN MI CASO NO CUENTO CON TRABAJADORES ACTIVOS INSCRITOS AL REGIMEN IMSS E INFONAVIT, POR LO QUE NO TENGO OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS); LO QUE ACREDITO PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO PRESENTANDO COMO PARTE INTEGRAL EN MI PROPUESTA LAS OPINIONES EMITIDAS EN ESTE SENTIDO "SIN OPINION", LO QUE FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL "ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DEL AÑO 2022, ES SU REGLA CUARTA.- SENTIDOS DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO." SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION, ¿ES CORRECTO?

Respuesta: SE ACEPTA. ASÍ MISMO SE DEBERÁ ENTREGAR REFERENCIANDO EN EL DOCUMENTO LA PARTIDA OFERTADA.

Pregunta 6

5. PROPUESTA ECONÓMICA

SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE LA PROPUESTA SE PUEDA PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO, ELIMINANDO LAS PARTIDAS/CLAVES QUE NO OFERTAMOS, RESPETANDO SIEMPRE EL NUMERO CONSECUTIVO DEL ANEXO 1, LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE MI PROPUESTA, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025
CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

Pregunta 7

I.I PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE EQUIPOS.

SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE PRECISE QUE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO APLICA LA ENTREGA DE EQUIPOS.

Respuesta: LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE ESTA PREGUNTA QUEDA CONTESTADA CON LA ACLARACIÓN REALIZADA A LA CONVOCATORIA.

Pregunta 8

I.I PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE EQUIPOS.

EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE PRECISE PARA QUE PARTIDAS/CLAVES APLICA LA PRESENTACIÓN DE EQUIPOS, ASÍ COMO LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y SUS FICHAS TÉCNICAS CON CARACTERÍSTICAS EN QUE SERÁN PRESENTADOS LOS EQUIPOS.

Respuesta: LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE ESTA PREGUNTA QUEDA CONTESTADA CON LA ACLARACIÓN REALIZADA A LA CONVOCATORIA.

Pregunta 9

I.II PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES DE CONSUMO.

FECHA DE ENTREGA DICE: 15 DÍAS GENERADA LA ORDEN DE REPOSICIÓN MÁS "10 DÍAS CON SANCIÓN

LE COMENTO A LA CONVOCANTE QUE LAS ORDENES DE REPOSICIÓN ESTABLECEN DÍAS DE AMPLITUD DE "04 DÍAS NATURALES CON SANCIÓN", POR LO QUE NO SON 10 DÍAS, ¿ES CORRECTO?"

Respuesta: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 53, DE LA LAASSP, EL INSTITUTO APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, POR EL EQUIVALENTE AL 1.0% (UNO POR CIENTO), SIN EXCEDER UN MÁXIMO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO).

Pregunta 10

4.1 CALIDAD, NUMERAL IV MUESTRAS

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDAS EN QUE LA PRESENTACION SEA CAJA/BOLSA/PAQUETE DE MAS DE UNA PIEZA, LA MUESTRA QUE PRESENTEMOS SEA UNA PIEZA, LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE MI PROPUESTA O LA EVALUACION TECNICA, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA. LOS LICITANTES COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE EVENTO LICITATORIO DEBERÁN PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA UNA DE LAS CLAVES A OFERTAR REPRESENTATIVA.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

4.1 CALIDAD FRACCION IV

¿SE PUEDE PRESENTAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA(1 PIEZA) POR CADA CLAVE OFERTADA?

Respuesta: SE ACEPTA. LOS LICITANTES COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE EVENTO LICITATORIO DEBERÁN PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA UNA DE LAS CLAVES A OFERTAR REPRESENTATIVA.


Pregunta 2

ANEXO 1 PARTIDA: 18

¿PARA QUE TAMAÑO DE PACIENTE REQUIEREN EL MICRONEBULIZADOR?

Respuesta: SE REQUIEREN PARA TAMAÑO ADULTO.

Pregunta 3





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025
CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

ANEXO 1 PARTIDA: 22

¿PARA QUE MARCA DE EQUIPO REQUIEREN LA PUNTA NASAL SOLICITADA?

Respuesta: SE REQUIERE PUNTA NASAL CON EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN A TANQUE DE OXÍGENO.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1

4.1. CALIDAD. IV

IV. LOS LICITANTES COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER PART

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS PARA LAS PARTIDAS DONDE SOLICITAN PAQUETE/CAJA/BOLSA, SE PERMITA COMO MUESTRA ACEPTADA LA PRESENTACIÓN SOLO DE UNA PIEZA, YA QUE LA CANTIDAD DE PIEZAS POR MUESTRA NO AFECTA LA SOLVENCIA Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL OFERTADO ¿SE ACEPTA NUESTRAS SOLICITUD?

Respuesta: SE ACEPTA. LOS LICITANTES COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE EVENTO LICITATORIO DEBERÁN PRESENTAR UNA MUESTRA POR CADA UNA DE LAS CLAVES A OFERTAR REPRESENTATIVA.

Con fundamento en el artículo 33 bis de la LAASSP y 46 del RLAASSP la convocante informa a los licitantes que se proporciona de plazo el **18 de Marzo de 2024** a las **12:00 horas**, para que los licitantes formulen preguntas que consideren necesarias en relación a las precisiones remitidas por la misma, estas deberán realizarse a través de la Plataforma Integral CompraNet. Una vez recibidas las preguntas, se informará el plazo máximo en el que se enviará las contestaciones correspondientes

La Auditora del Órgano Interno de Control, manifiesta lo siguiente: con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, quinto cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 33 y 33 bis de la Ley; 46, fracciones IV y V, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos.

Finalmente, se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica. Siendo todo lo que desea manifestar

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la **Oficina de Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento** de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 "Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez", del Centro Médico Nacional "La Raza", Ciudad de México, ubicada en: Calzada Vallejo Sin Número esquina Antonio Valeriano, Colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, en donde se fijará copia de la caratula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://upcp-compraneta.gob.mx>



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS
NUMERO LA-50-GYR-050GYR050-T-12-2025
CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **12:35** horas, del día **14**, del mes de **Marzo** del año **2025**.

Esta Acta consta de **12** hojas, y **35** hojas de Solicitudes de Aclaración a la Convocante y Cartas de Interés en Participar enviadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Norma Reyes Machuca	Oficina de Adquisiciones	
Ing. Mireya Anais Gonzalez Trejo	División de Ingeniería Biomédica	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Mariel Paez Contreras	OIC	

FIN DEL ACTA

