



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN POR LO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ELECTRÓNICA**

No. IA- 50-GYR-050GYR036-T-06-2026

ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS DEL 25 DE FEBRERO DE 2026, SE REUNIERON EN LA OFICINA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 LUIS CASTELAZO AYALA, UBICADO EN AVENIDA RÍO MAGDALENA 289, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, FUNCIONARIOS, QUIENES MÁS ADELANTE SE ENUNCIAN CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN POR LO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADO DE LIBRE COMERCIO ELECTRONICO , DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA, SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO; SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS POR LA CONVOCANTE IMSS UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DE COMPRAS MX, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO.-----

EL PRESIDENTE DEL ACTO, FUE ASISTIDO POR EL REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL SOLVENTÓ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y OFICINA DE ADQUISICIONES, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.-----

EL PRESIDENTE DEL ACTO, HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA A TRAVÉS DEL PORTAL COMPRAS MX ASI COMO CORREO ELECTRONICO EN TIEMPO Y FORMA.-----

1.- SE PROCEDE A LA LECTURA DE PREGUNTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA ASI COMO SU MANIFIESTO DE INTERES, DE LOS LICITANTES QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION: -----

LICITANTE: ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV			
TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TECNICO / ADMINISTRATIVO	1.1 REQUISITOS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS POR FAMILIA, ESTO DEBIDO AL COSTO DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS ADICIONAL A QUE ALGUNAS CLAVES SE OFERTAN EN PRESENTACIÓN CAJA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁN PRESENTAR MUESTRA FÍSICA POR PARTIDA, LAS QUE VIENEN EN PRESENTACIÓN CAJA SI PUEDE PRESENTAR POR PIEZA
TECNICO / ADMINISTRATIVO	1.1 REQUISITOS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA, ESTO DEBIDO AL COSTO Y PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁN PRESENTAR MUESTRA FÍSICA POR PARTIDA, LAS QUE VIENEN EN PRESENTACIÓN CAJA SI PUEDE PRESENTAR POR PIEZA
TECNICO	1.1 REQUISITOS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LAS MUESTRAS SERÁN CON CARÁCTER DEVOLUTIVO ¿FAVOR DE ACLARAR?	EN ATENCIÓN A SU PREGUNTA SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LAS MUESTRAS SERÁN DEVUELTAS
TECNICO	ANEXO 5 REQUERIMIENTO	ANEXO NUMERO 5 "REQUERIMIENTO" PARTIDA 77 CLAVE 379 561 1940 00 01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379 561 1072 00 01.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA NINGUN INCONVENIENTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN POR LO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ELECTRÓNICA**

No. IA- 50-GYR-050GYR036-T-06-2026

ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379

LICITANTE: ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DESCRIPCIÓN: KIT QUE CONTIENE: 1 APÓSITO CHICO GRANU FOAM DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO HIDROFÓBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADA, DE 10 CM DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 1 PELÍCULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FÁCIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES, 1 REGLA DESECHABLE Y UNA ALMOHADILLA DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SISTEMA SENA TRAC QUE CONTIENE 5 LÚMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LÚMENES PERIFÉRICOS QUE TRANSMITEN LA PRESIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLEE CONECTOR HEMBRA EN EL EXTREMO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON EQUIPO ATS, INSTIL Y FREEDOM CAPAZ DE DETECTAR 5 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. PRESENTACIÓN: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: M8275051. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531,357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA: VAC MODELO: ATS SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?	
TECNICO	ANEXO 5 REQUERIMIENTO	ANEXO NUMERO 5 "REQUERIMIENTO" PARTIDA 86 CLAVE 379.434.0038.00.01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INDICADOR QUÍMICO 1243RA QUE CUMPLE CON PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN (TIEMPO, TEMPERATURA, PRESIÓN Y VAPOR) DE IGUAL FORMA QUE LA PRESENTACIÓN SOLICITADA 1243A. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA NINGUN INCONVENIENTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TECNICO	ANEXO 5 REQUERIMIENTO	ANEXO NUMERO 5 "REQUERIMIENTO" PARTIDA 89 CLAVE 379.821.3686.00.01 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA TARJETA ELECTRÓNICA 10135 QUE TIENE LA MISMA FUNCIONALIDAD DE LA 1233LF CON LA DIFERENCIA DE QUE TIENE UNA INTERPRETACIÓN ELECTRÓNICA CON MENOR RIESGO DE SUBJETIVIDAD MEDIANTE UN AUTOLECTOR QUE SE OTORGARÍA EN PRÉSTAMO DE ACEPTARSE POR LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA NINGUN INCONVENIENTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

LICITANTE: AMC BIOMEDICAL S.A DE C.V.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
LEGAL - ADMINISTRATIVA	REQUISITOS 1.1 INCISO J)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON HASTA 3 DIAS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	SE ACEPTA SU PETICION, NO DEBIENDO SER MAYOR A TRES DIAS ANTERIORES A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN POR LO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ELECTRÓNICA

No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026

ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379

LICITANTE: AMC BIOMEDICAL S.A DE C.V.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TECNICO	PARTIDA 77, PRESIÓN NEGATIVA	<p>LA CONVOCANTE SOLICITA EN LA PARTIDA 77 DEL REQUERIMIENTO DE PRESIÓN NEGATIVA CONSUMIBLES QUE CONSIDERAMOS AL RESPECTO DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE PUDIERA CONSTRUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO ES EL CASO QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR UN BIEN COMO EL QUE SE ESTA REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PODRÍA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE PARA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 132 CONSTITUCIONAL. ADEMÁS EL REQUERIMIENTO SOLICITADO PARA PRESIÓN NEGATIVA, ES CONTRARIO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE EN SU ANTE PENÚLTIMO PÁRRAFO ESTABLECE PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. EN NINGÚN CASO SE DEBERÁN ESTABLECER LOS REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO NOS PERMITA OFERTAR CONSUMIBLES QUE CUMPLEN CLARAMENTE CON LA MISMA FUNCIÓN TERAPÉUTICA DE LOS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA NINGUN INCONVENIENTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</p>
TECNICO	PARTIDA 77, PRESIÓN NEGATIVA	<p>LA CONVOCANTE SOLICITA EN LA PARTIDA 77 DEL REQUERIMIENTO DE PRESIÓN NEGATIVA LA CLAVE 379 561 1940 0001 PAQUETE PEQUEÑO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 10CM X 8CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCION SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESION Y UN APOSITO DE MARCO DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN LA PRIMERA PREGUNTA Y SIN QUE SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS QUE SE NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379 561 1072 0001 KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO CHICO GRANU FOAM DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADA, DE 10 CM DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 1 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES, 1 REGLA DESECHABLE Y UNA ALMOHADILLA DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SISTEMA SENSATAC QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLER CONECTOR HEMBRA EN EL EXTREMO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON EQUIPO ATS, INSTIL Y FREEDOM CAPAZ DE DETECTAR 5 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: M8275051. PARA SU</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA NINGUN INCONVENIENTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN POR LO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ELECTRÓNICA
No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379**

LICITANTE: AMC BIOMEDICAL S.A DE C.V.

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC MODELO: ATS. ¿SE ACEPTA?	

LICITANTE: TECNO COMERCIAL PAKTLI

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
TECNICO	PARTIDA 126	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE CUANTOS CABLES ADAPTADORES REQUERIRIAN Y PARA QUE MARCA Y MODELO DE MONITOR SE UTILIZARIA EL INSUMO.	SE REQUIEREN 50 MÁXIMO SE REQUIEREN 50 MÁXIMO, EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372.00.01. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450.
TECNICO	PARTIDA 128	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE CUANTOS CABLES ADAPTADORES REQUERIRIAN Y PARA QUE MARCA Y MODELO DE MONITOR SE UTILIZARIA EL INSUMO.	SE REQUIEREN 50 MÁXIMO, EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372.00.01. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450.
TECNICO	MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR MUESTRAS POR FAMILIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA POR PARTIDA.
TECNICO	PARTIDA 125	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE CUANTOS CABLES ADAPTADORES REQUERIRIAN Y PARA QUE MARCA Y MODELO DE MONITOR SE UTILIZARIA EL INSUMO.	SE REQUIEREN 50 MÁXIMO RESPUESTA TÉCNICA: SE REQUIEREN 50 MÁXIMO SE REQUIEREN 50 MÁXIMO, EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372.00.01. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450.
TECNICO	PARTIDA 8	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI EL MICRONEBULIZADOR REQUIERE MASCARILLA? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR PARA QUE TIPO DE PACIENTE SE REQUIERE..	SI SE REQUIERE CON MASCARILLA, PARA USO EN PACIENTE NEONATAL/PEDIATRICO
TECNICO	PARTIDA 79	REQUIEREN PILA ALCALINA O DE CARBÓN?	SE REQUIERE PILA ALCALINA
TECNICO	PARTIDA 80	¿SERÁ CORRECTO OFERTAR PILA POR PIEZA? O ¿SE REQUIERE PAQUETE DE 4 PIEZAS?	PUEDE OFERTAR POR PIEZA O EN SU CASO POR PAQUETE SI ES POR PIEZA SON 200 PIEZAS MAXIMO Y SI ES POR PAQUETE DE 4 SERIAN 50 PAQUETES
OTROS	MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA POR PARTIDA

LICITANTE: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV

TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
LEGAL - ADMINISTRATIVA	PORTADA DE LAS BASES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EL NO. DE PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN.	IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026
LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.2 CAUSAS DE DESECHAMIENTO (INCISO H)	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRAN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIEMPRE Y CUANDO CONSERVEN LA ESCENCIA DE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE
LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.1 REQUISITOS, INCISO A)	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS REQUISITOS Y/O ANEXOS Y/O ESCRITOS LIBRES QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, BASTARÁ CON PRESENTARLOS CON	ES CORRECTA SU APRECIACION



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN POR LO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ELECTRÓNICA
No. IA- 50-GYR-050GYR036-T-06-2026
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379**

LICITANTE: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV			
TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		LA LEYENDA DE "NO APLICA"? FAVOR DE CONFIRMAR.	
LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.1. REQUISITOS, INCISO C)	DICE: C) ESCRITO CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL PROPIO PARTICIPANTE O EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 71 Y 90. ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP. INDICANDO EL NÚMERO DE EVENTO. YA QUE NUESTRA PROPUESTA SE ENVIARÁ TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS PRESENTAR FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA.	ES CORRECTA SU APRECIACION, BASTARA CON PRESENTAR LA FIRMA AUTOGRAFA EN LA ULTIMA HOJA.
OTROS	CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO U.	SE SOLICITA PODER PRESENTAR 1 PIEZA "REPRESENTATIVA" POR CADA CLAVE OFERTADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PETICION, DEBERAN PRESENTAR MUESTRA FISICA POR PARTIDA
OTROS	CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO U.	FAVOR DE INDICAR QUE AREA DEL HOSPITAL RECIBE LAS MUESTRAS ASI COMO PROPORCIONAR EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO ASIGNADO PARA DICHO FIN	DEBERA SER EN EL AREA DE ADQUISICIONES CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA
TECNICO	REGISTROS SANITARIOS FRACCION 1	SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE LOS MARBETES SEAN DE CARÁCTER OPTATIVO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERAN PRESENTAR SUS REGISTROS SANITARIOS
TECNICO	ANEXO 5 RENGLON 8	FAVOR DE ACLARAR LO SIGUIENTE: 1- ¿SE REQUIERE MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA Y LINEA DE OXIGENO? 2- CONFIRMAR EL TAMAÑO SOLICITADO	SI SE REQUIERE CON MASCARILLA PARA USO EN PACIENTE NEONATAL / PEDIATRICO
TECNICO	ANEXO 5 RENGLONES 10 AL 13	FAVOR DE CONFIRMAR SI LOS CIRCUITOS Y MASCARAS SOLICITADOS DE LOS RENGLONES INDICADOS, DEBEN SER COMPATIBLES CON SISTEMAS DE HUMIDIFICACION DE LA MARCA FISHER & PAYKEL MODELO MR850.	SI DEBEN SER COMPATIBLES CON EL HUMEDIFICADOR FISHER & PAYKEL MODELO MR850
TECNICO	ANEXO 5 RENGLON 59	EL CABLE TRONCAL SOLICITADO ¿DEBE SER PARA USO EN MONITOR DE LA MARCA DRAGER? O DEBE SER PARA EL OXIMETRO DE PULSO RAD97 DE LA MARCA MASIMO SIENDO PARA ESTE ULTIMO EL NUMERO DE CATALOGO 4257. FAVOR DE ACLARAR	EL CABLE TRONCAL ES PARA USO EN EL OXIMETRO DE PULSO RAD97
TECNICO	ANEXO 5 RENGLON 61	PODRIA LA CONVOCANTE INDICAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO SIENDO ESTOS TIPO PLUG O REM	SE REQUIERE DE TIPO PLUG
TECNICO	ANEXO 5 RENGLON 62	PODRIA LA CONVOCANTE INDICAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO SIENDO ESTOS TIPO PLUG O REM	SE REQUIERE DE TIPO PLUG
TECNICO	ANEXO 5 RENGLON 64	¿EL LAPIZ DESECHABLE SOLICITADO DEBE SER DE TIPO TRIPOLAR UNIVERSAL?	ES CORRECTA SU APRECIACION
TECNICO	ANEXO 5 RENGLON 105	EL SENSOR DE PROFUNDIDAD HIPNOTICA SERA USADO EN EQUIPOS DE LA MARCA MASIMO. O FAVOR DE ACLARAR ¿PARA CUAL MARCA Y MODELO DE EQUIPO SE REQUIEREN?	SE HACE ACLARACION PARA USO EN EQUIPO DER ANESTESIA MARCA GE MODELO AVANCE CS2

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN PÚBLICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS BAJO TRATADO DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA.-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, SE HACE CONSTAR QUE-, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-COMPRANET.BUENGOBIERNO.GOB.MX/](https://UPCP-COMPRANET.BUENGOBIERNO.GOB.MX/) PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. ASIMISMO, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ EN: LA OFICINA DE ADQUISICIONES, DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4, SITIO AVENIDA RÍO MAGDALENA NO. 289, PRIMER PISO, COL. TIZAPÁN SAN ÁNGEL C.P. 01090, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO UN EJEMPLAR DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN POR LO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ELECTRÓNICA
No. IA- 50-GYR-050GYR036-T-06-2026
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO GRUPO 379**

LA PRESENTE ACTA O UN AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA,
POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.-----

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS 16.30 HORAS, DEL DÍA 25 DEL MES DE
FEBRERO DE 2026.-----

ESTA ACTA CONSTA DE 06 HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS
ASISTENTES A ESTE EVENTO.-----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
LIC. ANTONIO NAVARRO RUÍZ	JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	
MTRO. GABINO PEREZ MOLINA	JEFE DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO TRATADO DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA No. IA-50-GYR-050GYR036-T-06-2026, PARA LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO GRUPO 379 PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 PARA EL AÑO 2026, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS. -----

----- **FIN DEL ACTA** -----