



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL 04 DE JUNIO DE 2026, SE REUNIERON EN LA OFICINA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 LUIS CASTELAZO AYALA, UBICADO EN AVENIDA RÍO MAGDALENA 289, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, FUNCIONARIOS, QUIENES MÁS ADELANTE SE ENUNCIAN CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA, SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO; SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS POR LA CONVOCANTE IMSS UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DE COMPRAS MX, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO.-----

EL PRESIDENTE DEL ACTO, FUE ASISTIDO POR EL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DE LA OFICINA DE DIVISION BIOMEDICA EL CUAL SOLVENTÓ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y OFICINA DE ADQUISICIONES, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.-----

EL PRESIDENTE DEL ACTO, HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA A TRAVÉS DEL PORTAL COMPRAS MX ASI COMO CORREO ELECTRONICO EN TIEMPO Y FORMA.-----

compras.mx/gobierno/gob.mx/compras/mx/#/procedimientos/detalle/ty/3178872-de43-453-4868-3003001-4935

09:37 (UTC-6) Here en la Ciudad de México MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES Administrador de unidad compradora

Compras MX

Procedimientos de contratación

Inicio

Registro de Investigaciones de Mercado

Expediente

Procedimiento

Oferta preliminar de Contratación

Diálogos electrónicos

Consideraciones

Registro de Propuestas en licitaciones LAPP

Registro Empresarial de Compras MX

Proveedores suspendidos y sancionados

Actas y notificaciones

Panel

Tarjetas

MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES Administrador de unidad compradora

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *

04/06/2026 09:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *

03/06/2026 09:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q. BUSCAR

¿ a quien se está buscando?

Núm.	Licitación	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de recepción de ofertas	Manifesto	Acreditación de Solvencia de Aclaraciones	Acreditación de Responsabilidad
1	ACE MEDICAL SA DE CV	26/05/2026 10:21	28/05/2026 10:22			
2	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	27/05/2026 09:56	27/05/2026 09:57			
3	BIOMEDICAL SA DE CV	26/05/2026 09:10				
4	COMERCIALIZADORA KELLY SA DE CV	27/05/2026 15:01	03/06/2026 15:46			
5	FEHLMEX SA DE CV	25/05/2026 09:51	25/05/2026 09:51			
6	GERO VERSA SA DE CV	26/05/2026 12:17				
7	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	27/05/2026 09:57				
8	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MEX SA DE CV	27/05/2026 09:56	27/05/2026 09:57			
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	03/06/2026 19:37	03/06/2026 19:38			
10	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	27/05/2026 12:44				

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

Compras MX

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIapas

Procedimientos de contratación

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Nombre del procedimiento de contratación
LA-60-CYR-050CYR036-N-21-2026

Vigente JA

Código interno del procedimiento
P-2626-00042017

Nombre del procedimiento de contratación
LA-60-CYR050CYR036-N-20-2026 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

Licitantes que han presentado propuestas:
0

Datos Generales Requerimientos Solicitudes de aclaración

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaratorias 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *
04/06/2026 09:00	03/06/2026 09:00

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR

Aceptar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expiración de interés	Interés	Asesor(a) de Seguridad de Aclaraciones	Asesor(a) de Requerimientos
11	TECHOMEDICAS SA DE CV	26/05/2026 10:34	27/05/2026 10:07			
12	MTER MEDICAL SA DE CV	27/05/2026 09:37	27/06/2026 07:38			

MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
Administrador de unidad administrativa

1.- SE PROCEDE A LA LECTURA DE PREGUNTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA ASI COMO SU MANIFIESTO DE INTERES, DE LOS LICITANTES QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION: -----

LICITANTE: COMERCIALIZADORA KELLY SA DE CV				
N°	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.	DICE: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO (ULTRASONOGRAFO, UNIDAD DE ELECTROCIURGÍA DE USO GENERAL, EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIONES OTACÚSTICAS) LOS EQUIPOS A OFERTAR NO DEBERÁN DE TENER UN USO NO MAYOR A TRES AÑOS., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS INDIQUE CUAL ES EL TIEMPO DE ARRENDAMIENTO QUE REQUIERE PARA LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN EL ANEXO NUMERO 1 REQUERIMIENTO. ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE DEBERA CONSIDERAR COMO OPTATIVO 15 DIAS DESPUES DE LA EMISION DEL FALLO POR EL MOTIVO DE ENTREGAS Y CAPACITACION
2	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.3 LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS TERCER PARRAFO	DICE: CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE TODAS LAS FUNCIONES DE LOS BIENES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODREMOS ENTREGAR CARTA EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS ESTAN HABILITADOS SIN RESTRICCIONES DE USO DE TODAS LAS FUNCIONES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE ACEPTA SU PETICION
3	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6. INCISO G)	DICE: EL (LOS) LICITANTE(S), DEBERÁ(N) PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, POSITIVA Y VIGENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR, LA OPINION QUE EMITE EL IMSS CON UNA VIGENCIA DE HASTA 7 DIAS PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

4	ECONÓMICO	6.4 PROPOSICION ECONOMICA	DICE: LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ CONTENER LA COTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 (UNO) INDICANDO LA CANTIDAD, PRECIO UNITARIO (POR SESIÓN), SUBTOTAL (PRECIO UNITARIO POR SESIÓN POR EL NÚMERO DE SESIONES DISPONIBLES PARA CONTRATAR) Y EL IMPORTE EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERAR EL IMPORTE MÁXIMO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO OFERTADOS, DESGLOSANDO EL IVA, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI, ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO PODREMOS ADECUAR EN ANEXO NO. 15 PROPUESTA ECONOMICA, DE LAS BASES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	SE RESPONDE POR ACLARACIONES GENERALES POR PARTE DE LA CONVOCANTE
5	ECONÓMICO	6.4 PROPOSICION ECONOMICA	DICE: LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ CONTENER LA COTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL ANEXO 1 (UNO) INDICANDO LA CANTIDAD, PRECIO UNITARIO (POR SESIÓN), SUBTOTAL (PRECIO UNITARIO POR SESIÓN POR EL NÚMERO DE SESIONES DISPONIBLES PARA CONTRATAR) Y EL IMPORTE EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERAR EL IMPORTE MÁXIMO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO OFERTADOS, DESGLOSANDO EL IVA, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE, CUANDO MENCIONA PRECIO UNITARIO (POR SESIÓN), SE REFIERE A QUE DEBEMOS PONER EL PRECIO POR DIAS DE ARRENDAMIENTO O A MESES DE ARRENDAMIENTO ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE RESPONDE POR ACLARACIONES GENERALES POR PARTE DE LA CONVOCANTE
6	LEGAL - ADMINISTRATIVA	15. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. INCISO U)	DICE: CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO. LA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2026 DE 09:00 A 14:00 HORAS SITO UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA N° 4, "LUIS CASTELAZO AYALA", CON DOMICILIO EN AVENIDA RÍO MAGDALENA NO. 289, 1ER PISO, OFICINA DE ADQUISICIONES COL. TIZAPÁN SAN ÁNGEL C.P. 01090, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR SI, ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE INCISO NO APLICA YA QUE EL OBJETO DE LA LICITACION ES ARRENDAMIENTO Y NO ADQUISICION DE INSUMOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE SIENDO ESTAS DE CARÁCTER DEVOLUTIVO
7	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 5	DICE: COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 2.1 DE LAS PRESENTES BASES, SEGÚN CORRESPONDA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE A QUE COPIAS SIMPLES SE REFIERE YA QUE EL NUMERAL 2.1 SE REFIERE A "2.1. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO, INDICANDO EN SU CASO, EL CALENDARIO CON PROGRAMA Y CONDICIONES DE ENTREGAS QUE CORRESPONDA" ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE REFIERE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS LOS CUALES YA DEBERAN ESTAR INSTALADOS PUESTA EN MARCHA Y EN OPERACIÓN
8	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 5	DICE: COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 2.2 DE LAS PRESENTES BASES, SEGÚN CORRESPONDA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE A QUE COPIAS SIMPLES SE REFIERE YA QUE EL NUMERAL 2.2 SE REFIERE "2.2 LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ A LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN SEGÚN EL TIPO DE EQUIPO ARRENDADO EN LA UNIDAD MÉDICA" ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACION



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

9	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 5	DICE: CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) DONDE SE REALIZARAN LOS SERVICIOS FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR EL IMSS O CARTA DE EL LICITANTE MANIFESTANDO CONOCER EL SITIO DE LOS SERVICIOS Y/O LA PROBLEMÁTICA DE LOS MISMOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS ACLARE SI, ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTA FRACCIÓN NO APLICA YA QUE EN EL CALENDARIO DE EVENTOS DE LA PAGINA 7 DE LAS PRESENTES BASES MENCIONA QUE LA VISITA A INTALACIONES NO APLICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO APLICA VISITA A LAS INSTALACIONES
10	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 5	DICE: 6.2 FRAC. V A LA 6.2 FRAC.XXI SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI, ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTAS FRACCIONES MENCIONADAS NO APLICAN PARA LA PRESENTE LICITACION YA QUE NO SE SOLICITAN EN EL CUERPO DE LAS BASES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO 5 DONDE SE MENCIONA LOS PUNTOS 6.2 FRAC V AL 6.2 FRAC. XXI
11	ECONÓMICO	ANEXO 5	DICE: 6.3.1 A LA 6.3.11 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI, ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS NUMERALES MENCIONADOS NO APLICAN PARA LA PRESENTE LICITACION YA EL NUMERAL QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA ECONOMICA ES EL NUMERAL 6.4. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO 5 DONDE SE MENCIONA LOS PUNTOS 6.2 FRAC V AL 6.2 FRAC. XXI

LICITANTE: INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV				
N°	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	TÉCNICO	NUMERAL 2.3	LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE, PARA AQUELLOS CASOS EN EL QUE LOS BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE ESTÉN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIO(S) Y/O CONSUMIBLES, Y EL PROVEEDOR ADVERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR, DEBIDAMENTE REFERENCIADO, EL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE JULIO DE 2025. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
2	TÉCNICO	PARTIDA 2 "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL" PUNTO 1.2.1.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, EN VIRTUD DE QUE EL MODO AUTO CUT CORRESPONDE Y ES EQUIVALENTE AL "MODO DE CORTÉ PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 250 WATTS". DE ACUERDO CON NUESTRA NOMENCLATURA, ESTE MODO PROPORCIONA CORTES CUIDADOSOS REPRODUCIBLES CON MÁXIMA CONSERVACIÓN DEL TEJIDO Y HEMOSTASIA REDUCIDA A MODERADA Y OPERA MEDIANTE UNA FORMA DE TENSIÓN DE ALTA FRECUENCIA ALTERNA SINUSOIDAL NO MODULADA (PURA), LO QUE GARANTIZA UNA CALIDAD DE CORTÉ REPRODUCIBLE Y CONSISTENTE, CON POTENCIA DE SALIDA DE HASTA 300 VATIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

3	TÉCNICO	PARTIDA 2 "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL" PUNTO 1.2.2.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, EN VIRTUD DE QUE EL MODO DRY CUT CORRESPONDE Y ES EQUIVALENTE AL "MODO MEZCLA, BLEND Y/O MODO DE POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS". DE ACUERDO CON NUESTRA TECNOLOGÍA, ESTE MODO OFRECE HEMOSTASIA INTENSA CON UNA VELOCIDAD DE CORTE LIGERAMENTE REDUCIDA. OPERA MEDIANTE UNA FORMA DE TENSIÓN DE ALTA FRECUENCIA ALTERNA SINUSOIDAL MODULADA POR IMPULSOS, LO QUE PERMITE UN ADECUADO EQUILIBRIO ENTRE CAPACIDAD DE CORTE Y CONTROL DE SANGRADO, CON POTENCIA DE SALIDA DE HASTA 200 VATIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
4	TÉCNICO	PARTIDA 2 "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL" PUNTOS 2.2, 2.2.1 Y 2.3	ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN PEDAL MONOPOLAR PARA FUNCIONES DE CORTE Y COAGULACIÓN QUE INCORPORE FUNCIÓN DE CONTROL BIPOLAR EN EL MISMO PEDAL, O EN SU CASO, UN PEDAL INDEPENDIENTE PARA MODO BIPOLAR; EN AMBOS CASOS, DEBERÁN GARANTIZAR PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS DE INMERSIÓN EN AGUA, CORRESPONDIENTE A UN GRADO DE PROTECCIÓN IPX8 O SUPERIOR. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y OPERATIVA EN ENTORNOS QUIRÚRGICOS, DONDE EXISTE EXPOSICIÓN FRECUENTE A LÍQUIDOS, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA PROTECCIÓN DEL USUARIO Y DEL PACIENTE, ASÍ COMO A LA DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
5	TÉCNICO	PARTIDA 2 "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL" PUNTO 3.1.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR 10 (DIEZ) PLACAS DESECHABLES PEDIÁTRICAS POR CADA PLACA PEDIÁTRICA REUSABLE SOLICITADA. LA PRESENTE PROPUESTA PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, GARANTIZANDO AL MISMO TIEMPO UNA REDUCCIÓN EN EL RIESGO DE INFECCIONES CRUZADAS, PARTICULARMENTE RELEVANTE EN PACIENTES CUYA PIEL ES MÁS SENSIBLE Y VULNERABLE. ASIMISMO, FAVORECE LA MEJORA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, ELIMINA LOS PROCESOS DE REPROCESAMIENTO Y CONTRIBUYE A LA OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO EN EL QUIRÓFANO. EN ESE SENTIDO, LA ALTERNATIVA PROPUESTA MANTIENE EL CUMPLIMIENTO FUNCIONAL REQUERIDO, INCORPORANDO BENEFICIOS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EFICIENCIA OPERATIVA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE HACE LA ACLARACION QUE SOLO SE REQUIEREN 1 PLACA REUSABLE, 1 LAPIZ REUSABLE, ADICIONALMENTE SE REQUIEREN 40 PLACAS Y 40 LAPIZ DESECHABLES POR MES ADULTO.
6	TÉCNICO	PARTIDA 2 "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL" PUNTO 3.2.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR DIEZ (10) PLACAS TAMAÑO NEONATAL DESECHABLES Y UN (1) CABLE DE CONEXIÓN REUTILIZABLE COMPATIBLE CON LAS PLACAS PROPUESTAS. LA PRESENTE PROPUESTA PERMITE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE SE PROPORCIONAN LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE NEONATAL, ASÍ COMO EL ACCESORIO INDISPENSABLE PARA SU CORRECTA CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DE ESTA MANERA, SE GARANTIZA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO, LA ADECUADA UTILIZACIÓN DEL CONSUMIBLE OFERTADO Y LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE HACE LA ACLARACION QUE SOLO SE REQUIEREN 1 PLACA REUSABLE, 1 LAPIZ REUSABLE, ADICIONALMENTE SE REQUIEREN 40 PLACAS Y 40 LAPIZ DESECHABLES POR MES ADULTO
7	TÉCNICO	PARTIDA 2 "UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL" PUNTO 3.3.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR ELECTRODOS BAJO LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE COMO "ELECTRODOS DE ESPÁTULA", EN VIRTUD DE QUE SON EQUIVALENTES EN DISEÑO Y FUNCIONALIDAD. CABE SEÑALAR QUE DICHA DENOMINACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA NOMENCLATURA COMERCIAL DEL FABRICANTE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE MODIFICACIÓN ALGUNA EN SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DESEMPEÑO CLÍNICO O COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO SOLICITADO, GARANTIZANDO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE HACE LA ACLARACION QUE SOLO SE REQUIEREN 1 PLACA REUSABLE, 1 LAPIZ REUSABLE, ADICIONALMENTE SE REQUIEREN 40 PLACAS Y 40 LAPIZ DESECHABLES POR MES ADULTO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

8	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5 "CARDIOTOCOGRAFO" DEL PUNTO 1.1.12	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, EN ESTE CASO "ESTIMULADOR FETAL", DADO QUE ESTE PROPORCIONA ESTIMULACIÓN VIBRATORIA LEVE AL FETO A TRAVÉS DEL ABDOMEN MATERNO CON LA FINALIDAD DE INDUCIR MOVIMIENTOS FETALES Y REDUCIR EL TIEMPO DE LA PRUEBA NST CUANDO EL FETO SE ENCUENTRA EN REPOSO. CONSIDERANDO QUE LA ESTIMULACIÓN VIBRATORIA CUMPLE EL MISMO PROPÓSITO CLÍNICO QUE LA ESTIMULACIÓN ACÚSTICA (PROVOCAR MOVIMIENTOS FETALES), SE SOLICITA CONFIRMAR SI DICHA CARACTERÍSTICA SE CONSIDERARÁ FUNCIONALMENTE EQUIVALENTE AL REQUISITO ESTABLECIDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
9	TÉCNICO	DE LA PARTIDA 5 "CARDIOTOCOGRAFO" DEL PUNTO 3.2.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SEIS (6) FRASCOS DE GEL CONDUCTOR DE 250 G CADA UNO, LO QUE REPRESENTA UNA CANTIDAD TOTAL EQUIVALENTE O SUPERIOR A LA SOLICITADA, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SIN AFECTAR SU DESEMPEÑO NI OPERATIVIDAD. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
10	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, PUNTO 1.1.3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR EQUIPOS CUYA CALIBRACIÓN SE REALICE BAJO UN ESQUEMA PROGRAMADO Y CONTROLADO CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, CON CALIBRACIÓN DE FÁBRICA Y VERIFICACIÓN PERIÓDICA POR PERSONAL AUTORIZADO. ESTE ESQUEMA GARANTIZA LA PRECISIÓN, TRAZABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS MEDICIONES, CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
11	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, PUNTO 1.1.5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARÁ TECNOLOGÍA SUPERIOR, EN LA CUAL EL EQUIPO CUENTE CON INTERFAZ MEDIANTE PANTALLA TÁCTIL, DONDE LOS CONTROLES (BOTONES Y TECLAS) SE ENCUENTREN INTEGRADOS DE FORMA DIGITAL EN LA PANTALLA. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA TECNOLOGÍA ACTUAL EN EQUIPOS MÉDICOS HA EVOLUCIONADO HACIA INTERFACES TÁCTILES, LAS CUALES PERMITEN UN MANEJO MÁS INTUITIVO, SEGURO Y CON MENORES RIESGOS DE DESGASTE MECÁNICO, MANTENIENDO O INCLUSO MEJORANDO LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA. EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL OFRECIMIENTO DE EQUIPOS CON PANTALLA TÁCTIL EN SUSTITUCIÓN DE BOTONES FÍSICOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
12	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, PUNTO 1.1.4	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CUENTEN CON UNA PANTALLA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR, TFT EN COLOR, LA CUAL OFRECE MAYOR CALIDAD DE IMAGEN, MEJOR ÁNGULO DE VISIÓN, MAYOR CONTRASTE Y MENOR CONSUMO ENERGÉTICO EN COMPARACIÓN CON LAS PANTALLAS LCD CONVENCIONALES, SIN QUE ESTO AFECTE NEGATIVAMENTE LA FUNCIÓN ESENCIAL DE DESPLEGAR RESULTADOS DE PRUEBAS DE TAMIZ AUDITIVO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
13	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, DEL PUNTO 1.1.7.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR CON NOMENCLATURA PROPIA, "APTO/RESPUESTA CLARA", QUE ES LO MISMO QUE LO SOLICITADO CON NOMENCLATURA PROPIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
14	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, DEL PUNTO 1.1.7.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR CON NOMENCLATURA PROPIA, "EVALUAR/SIN RESPUESTA CLARA", QUE ES LO MISMO QUE LO SOLICITADO CON NOMENCLATURA PROPIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

15	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, DEL PUNTO 1.1.8 Y 1.1.8.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON NIVELES DE PRUEBA L1/L2: 60/50 DB SPL Y L1/L2 = 65/55 DB SPL. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE DICHS NIVELES DE ESTIMULACIÓN SON AMPLIAMENTE ACEPTADOS Y UTILIZADOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA LA MEDICIÓN DE EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN (DPOAE), YA QUE PERMITEN OBTENER RESPUESTAS CONFIABLES, REPRODUCIBLES Y CLÍNICAMENTE RELEVANTES, ASEGURANDO UNA ADECUADA EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN COCLEAR. CABE SEÑALAR QUE LOS ESQUEMAS L1/L2 = 60/50 DB SPL Y 65/55 DB SPL REDUCEN EL RIESGO DE SOBRESTIMULACIÓN ACÚSTICA, ESPECIALMENTE EN PACIENTES SENSIBLES COMO RECIÉN NACIDOS, LACTANTES Y POBLACIÓN PEDIÁTRICA, SIN COMPROMETER LA DETECCIÓN DE RESPUESTAS OTOACÚSTICAS VÁLIDAS. ASIMISMO, ESTOS NIVELES FAVORECEN UNA MEJOR RELACIÓN SEÑAL-RUIDO, DISMINUYEN LA PRESENCIA DE ARTEFACTOS Y PERMITEN UNA INTERPRETACIÓN MÁS PRECISA DE LOS RESULTADOS. ADICIONALMENTE, DIVERSOS PROTOCOLOS CLÍNICOS RECOMIENDAN ESTOS NIVELES COMO UNA PRÁCTICA ESTÁNDAR, AL EQUILIBRAR DE MANERA ÓPTIMA LA INTENSIDAD DEL ESTÍMULO CON LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE, GARANTIZANDO MEDICIONES CONSISTENTES Y CONFIABLES. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE LOS NIVELES PROPUESTOS CUMPLEN CON LA FINALIDAD OPERATIVA, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICA DEL EQUIPO, GARANTIZANDO LA EXACTITUD DE LAS MEDICIONES Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
16	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, DEL PUNTO 2.4.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PANTALLA DE 21.5 PULGADAS LED, QUE CUMPLE CON LA DIMENSIÓN MÍNIMA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
17	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, DEL PUNTO 2.4.3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PROCESADOR: INTEL CORE I5-13500 (HASTA 4.8 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 24 MB DE CACHÉ L3, 14 NÚCLEOS Y 20 SUBPROCESOS). FAMILIA DEL PROCESADOR: ROCESADOR INTEL CORE I5 DE 13.ª GENERACIÓN MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, OEM, ESPAÑOL 64 BITS. LA PROPUESTA CUMPLE CON LO MÍNIMO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
18	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, DEL PUNTO 2.4.7	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ALMACENAMIENTO INTERNO: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB PCIE NVME M.2 TIPO DE ALMACENAMIENTO: SSD. QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
19	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, DEL PUNTO 2.4.8	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MEMORIA: 16 GB DE RAM DDR4-3200 MHZ (1 X 16 GB). TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20	TÉCNICO	PARTIDA 3 "EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO, DEL PUNTO 2.4.10	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 4 PUERTOS USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S 1 COMBINACIÓN DE AUDÍFONOS/MICRÓFONO 4 USB 2.0. QUE EMPLEA NUESTRA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON EL SOFTWARE DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
21	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

22	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6, INCISO F	TENIENDO EN CUENTA QUE EL SISTEMA DE INFONAVIT YA NO GENERA CONSTANCIAS DE FORMA DIARIA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁ VÁLIDA LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE INFONAVIT CON UNA FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA CUAL NO DEBERA SER MAYOR A 15 DIAS ANTES DE LA PRESENTACION
23	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6, INCISO G	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE ACEPTA SU PETICION, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
24	TÉCNICO	NUMERAL 19.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME ¿EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
25	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, INCISO E	DICE: SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTE PARA BIENES NACIONALES, EMITIDO POR LA COFEPRIS, ASÍ COMO REGISTRO SANITARIO VIGENTE. ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-137-SSA1-2008 Y NOM-241-SSA1-2012 REFERENTES AL ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, RESPECTIVAMENTE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO Y PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR ISO 13485 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
26	OTROS	ANEXO 5	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS FRACCIONES V A LA FRACCIÓN XXI DEL NUMERAL 6.2 MENCIONADAS EN EL ANEXO 5 NO APLICAN PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, YA QUE NO SE SOLICITAN EN EL CUERPO DE LAS BASES, Y POR LO TANTO NO SE DEBERÁN DE PRESENTAR LOS ESCRITOS MENCIONADOS EN DICHAS FRACCIONES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO 5 DONDE SE MENCIONA LOS PUNTOS 6.2 FRAC V AL 6.2 FRAC. XXI
27	OTROS	ANEXO 5	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS NUMERALES 6.3.1 AL NUMERAL 6.3.11 MENCIONADOS EN EL ANEXO 5 NO APLICAN PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, YA QUE NO SE SOLICITAN EN EL CUERPO DE LAS BASES, Y POR LO TANTO NO SE DEBERÁN DE PRESENTAR LOS ESCRITOS MENCIONADOS EN DICHOS NUMERALES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO 5 DONDE SE MENCIONA LOS PUNTOS 6.2 FRAC V AL 6.2 FRAC. XXI
28	ECONÓMICO	ANEXO 15	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA DEBIDAMENTE INTEGRADA, PRECISE SI EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ COTIZARSE CON BASE EN DÍAS DE ARRENDAMIENTO O EN MESES DE ARRENDAMIENTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE RESPONDE POR ACLARACIONES GENERALES POR PARTE DE LA CONVOCANTE
29	ECONÓMICO	ANEXO 15	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL NÚMERO DE DÍAS O MESES DE ARRENDAMIENTO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE PARA LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS IMPORTES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE DEBERA CONSIDERAR COMO OPTATIVO 15 DIAS DESPUES DE LA EMISION DEL FALLO POR EL MOTIVO DE ENTREGAS Y CAPACITACION



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

LICITANTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV				
N°	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (BASICO) SIN PUNTO.	ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (BASICO) PUNTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLA INFORMACIÓN TÉCNICA (FOLLETOS, ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE FABRICANTE) QUE SE ENCUENTREN EN OTRO IDIOMA, SE NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE EN ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LAS PÁGINAS, SECCIONES O PÁRRAFOS REFERENCIADOS, DONDE SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
3	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (BASICO) PUNTO 1.2.	CONSIDERANDO QUE LA LICITANTE DESEA ADQUIRIR EQUIPO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA CON UNA OBSOLESCENCIA A LARGO PLAZO DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON AL MENOS 4 MILLONES DE CANALES TOTALMENTE DIGITALES, YA QUE LA MAYORÍA DE LAS CASAS COMERCIALES CON TECNOLOGÍA MÁS RECIENTE CUMPLEN CON ESTE PARAMETRO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
4	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (BASICO) PUNTO 1.3.	EL RANGO DINÁMICO ES AQUEL QUE NOS AYUDA A LA CORRECTA DIFERENCIA DE INTENSIDAD ENTRE LOS TEJIDOS POR MEDIO DE LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LA ESCALA DE GRISES, POR LO QUE CONMINAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EVALÚE, QUE LOS SISTEMAS OFERTADOS DEBEN DE TENER COMO MÍNIMO 250 DB O MAYOR, ESTO CONSIDERANDO QUE AL MENOS TRES CASAS COMERCIALES EN EL PAÍS CUENTAN CON ESTA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
5	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (BASICO) PUNTO 1.4.4.	DEBIDO A LA DIFICULTAD DE HACER REFERENCIA TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, YA QUE EN NUESTRA LITERATURA LA VELOCIDAD SE EXPRESA SOBRE M/S PARA EL DOPPLER CONTINUO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO "DOPPLER CONTINUO (CW) ORIENTABLE: RANGO DE VELOCIDAD MÁXIMO: 19 M/S." DONDE, OCUPANDO ECUACIÓN DE DOPPLER $FD = (2FVCOST) / C$. TENEMOS (2) $(5X10^6HZ) (19M/S) (COS0) / (1540M/S)) = 123.37 KHZ$. DONDE: FD: FRECUENCIA DOPPLER (PRF), F: (FRECUENCIA DEL TRANSDUCTOR, 5MHZ), V: (VELOCIDAD DEL FLUJO SANGUÍNEO 19 M/S), COST (GENERALMENTE 0 PARA CARDIOLOGÍA), C: VELOCIDAD DEL SONIDO (1540M/S EN TEJIDOS HUMANOS), CON LO QUE SE CUMPLE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA CALIDAD DE LA IMAGEN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
6	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (BASICO) PUNTO 1.7.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO "MODO TRÍPLEX INDEPENDIENTE PARA 2D SIMULTÁNEO, CPA, FLUJO COLOR, DOPPLER PW" CON LO QUE SE CUMPLE LA FUNCIÓN DEL MODO DE IMAGEN SOLICITADO, YA QUE PARA LA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA SE DEBE REALIZAR EN IMÁGENES EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
7	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (BASICO) PUNTO 1.13.	LOS ESTUDIOS DINÁMICOS NOS PERMITEN REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE LA HEMODINAMICA DEL PACIENTE EN DETERMINADAS ÁREAS ANATOMICAS EN TIEMPO REAL, POR LO QUE SE REQUIERE QUE EL SISTEMA OFERTADO PERMITA MANIPULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA O (REGION DE INTERES), EN ESTUDIOS DOPPLER COLOR, DOPPLER ANGIO O DE FLUJOS EN VELOCIDADES LENTAS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBE CUMPLIR CON ESTE PARAMETRO O SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL SISTEMA SEA CAPAZ DE TENER UN ÍNDICE DE INTENSIDAD DE PÍXELES: ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE PÍXELES Y MEDICIÓN DE TIEMPO DE VELOCIDAD DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER TISULAR (TDI). FAVOR DE ACLARAR.	SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE DEBE DE CUMPLIR CON ESTE PARÁMETRO, EL CUAL SE VALIDARA EN LA MUESTRA FÍSICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

8	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (BASICO) PUNTO 1.24.	LA TECNOLOGÍA SOLICITADA PARA ESTE PUNTO. INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T. PERMITE CONSEGUIR VELOCIDADES DE DATOS DE 1000 MB POR SEGUNDO AL ENVIAR Y RECIBIR FLUJOS DE DATOS DE 250 MB POR SEGUNDO EN CADA UNO DE LOS CUATRO PARES DE CABLES SIMULTÁNEAMENTE (FULL-DÚPLEX): 4 X 250 MB POR SEGUNDO = 1 GB POR SEGUNDO. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LA TECNOLOGÍA GIGABIT ETHERNET ALÁMBRICO EL CUAL TIENE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN IGUALES O SUPERIORES A LA TECNOLOGÍA 100/1000 BASE T, AHORA LLAMADA TAMBIÉN 100/1000 BASE X, LA CUAL CUMPLE Y SUPERA LOS ESTÁNDARES DE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
9	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (GINECO- OBSTETRICO TERCER NIVEL) SIN PUNTO	ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
10	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (GINECO- OBSTETRICO TERCER NIVEL) SIN PUNTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLA INFORMACIÓN TÉCNICA (FOLLETOS, ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE FABRICANTE) QUE SE ENCUENTREN EN OTRO IDIOMA, SE NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE EN ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LAS PÁGINAS, SECCIONES O PÁRRAFOS REFERENCIADOS, DONDE SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (GINECO- OBSTETRICO TERCER NIVEL) PUNTO 1.2.	CONSIDERANDO QUE LA LICITANTE DESEA ADQUIRIR EQUIPO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA CON UNA OBSOLESCENCIA A LARGO PLAZO DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON AL MENOS 4 MILLONES DE CANALES TOTALMENTE DIGITALES, YA QUE LA MAYORÍA DE LAS CASAS COMERCIALES CON TECNOLOGÍA MÁS RECIENTE CUMPLEN CON ESTE PARÁMETRO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (GINECO- OBSTETRICO TERCER NIVEL) PUNTO 1.4.4.	DEBIDO A LA DIFICULTAD DE HACER REFERENCIA TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, YA QUE EN NUESTRA LITERATURA LA VELOCIDAD SE EXPRESA SOBRE M/S PARA EL DOPPLER CONTINUO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO "DOPPLER CONTINUO (CW) ORIENTABLE: RANGO DE VELOCIDAD MÁXIMO: 19 M/S." DONDE, OCUPANDO ECUACIÓN DE DOPPLER $FD = (2FVCOST) / C$. TENEMOS ((2) (5X10 ⁶ HZ) (19M/S) (COS0) / (1540M/S)) = 123.37 KHZ. DONDE: FD: FRECUENCIA DOPPLER (PRF), F: (FRECUENCIA DEL TRANSDUCTOR, 5MHZ), V: (VELOCIDAD DEL FLUJO SANGUÍNEO 19 M/S), COST (GENERALMENTE 0 PARA CARDIOLOGÍA), C: VELOCIDAD DEL SONIDO (1540M/S EN TEJIDOS HUMANOS), CON LO QUE SE CUMPLE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA CALIDAD DE LA IMAGEN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
13	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (GINECO- OBSTETRICO TERCER NIVEL) PUNTO 1.7.2.	CADA CASA COMERCIAL NOMBRA ESTE TIPO DE IMAGEN DE DIFERENTE FORMA, DE ACUERDO A REGISTRO DE LA TECNOLOGÍA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LO QUE SE DEBE DE OFERTAR PARA CUBRIR ESTE PUNTO ES RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR (MPR) CON CAPACIDAD DE CORTE DEL VOLUMEN Y VISUALIZACIÓN DE CORTES 2D/COLOR A PARTIR DE UN VOLUMEN ESTÁTICO O EN TIEMPO REAL CON SELECCIÓN DE CORTES DE 4, 9, 16 O 25. FAVOR DE ACLARAR.	SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ES EN TIEMPO REAL CON SELECCIÓN DE CORTES DE 4, 9, 16 O 25, LA CUAL SE VALIDARA CON LA MUESTRA FÍSICA
14	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (GINECO- OBSTETRICO TERCER NIVEL) PUNTO 1.8.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO "MODO TRÍPLEX INDEPENDIENTE PARA 2D SIMULTÁNEO, CPA, FLUJO COLOR, DOPPLER PW" CON LO QUE SE CUMPLE LA FUNCIÓN DEL MODO DE IMAGEN SOLICITADO, YA QUE PARA LA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA SE DEBE REALIZAR EN IMÁGENES EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

15	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO (GINECO- OBSTETRICO TERCER NIVEL) PUNTO 1.24.	LA TECNOLOGÍA SOLICITADA PARA ESTE PUNTO. INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T. PERMITE CONSEGUIR VELOCIDADES DE DATOS DE 1000 MB POR SEGUNDO AL ENVIAR Y RECIBIR FLUJOS DE DATOS DE 250 MB POR SEGUNDO EN CADA UNO DE LOS CUATRO PARES DE CABLES SIMULTÁNEAMENTE (FULL-DÚPLEX): 4 X 250 MB POR SEGUNDO = 1 GB POR SEGUNDO. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LA TECNOLOGÍA GIGABIT ETHERNET ALÁMBRICO EL CUAL TIENE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN IGUALES O SUPERIORES A LA TECNOLOGÍA 100/1000 BASE T, AHORA LLAMADA TAMBIÉN 100/1000 BASE X, LA CUAL CUMPLE Y SUPERA LOS ESTÁNDARES DE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
16	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO AVANZADO SIN PUNTO	ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
17	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO AVANZADO SIN PUNTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLA INFORMACIÓN TÉCNICA (FOLLETOS, ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE FABRICANTE) QUE SE ENCUENTREN EN OTRO IDIOMA, SE NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE EN ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LAS PÁGINAS, SECCIONES O PÁRRAFOS REFERENCIADOS, DONDE SE ESPECIFICA CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO AVANZADO PUNTO 1.2.	CONSIDERANDO QUE LA LICITANTE DESEA ADQUIRIR EQUIPO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA CON UNA OBSOLESCENCIA A LARGO PLAZO DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE CONTAR CON AL MENOS 4 MILLONES DE CANALES TOTALMENTE DIGITALES, YA QUE LA MAYORÍA DE LAS CASAS COMERCIALES CON TECNOLOGÍA MÁS RECIENTE CUMPLEN CON ESTE PARÁMETRO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
19	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO AVANZADO PUNTO 1.3.	EL RANGO DINÁMICO ES AQUEL QUE NOS AYUDA A LA CORRECTA DIFERENCIA DE INTENSIDAD ENTRE LOS TEJIDOS POR MEDIO DE LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LA ESCALA DE GRISES, POR LO QUE CONMINAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EVALÚE, QUE LOS SISTEMAS OFERTADOS DEBEN DE TENER COMO MÍNIMO 250 DB O MAYOR, ESTO CONSIDERANDO QUE AL MENOS TRES CASAS COMERCIALES EN EL PAÍS CUENTAN CON ESTA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO AVANZADO PUNTO 1.4.4.	DEBIDO A LA DIFICULTAD DE HACER REFERENCIA TEXTUALMENTE ESTE PUNTO, YA QUE EN NUESTRA LITERATURA LA VELOCIDAD SE EXPRESA SOBRE M/S PARA EL DOPPLER CONTINUO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIARLO COMO "DOPPLER CONTINUO (CW) ORIENTABLE: RANGO DE VELOCIDAD MÁXIMO: 19 M/S." DONDE, OCUPANDO ECUACIÓN DE DOPPLER $FD = (2FVCOST) / C$. TENEMOS $(12) (5X10^6HZ) (19M/S) (COS0) / (1540M/S) = 123.37 KHZ$. DONDE: FD: FRECUENCIA DOPPLER (PRF), F: (FRECUENCIA DEL TRANSDUCTOR, 5MHZ), V: (VELOCIDAD DEL FLUJO SANGUÍNEO 19 M/S), COST (GENERALMENTE 0 PARA CARDIOLOGÍA), C: VELOCIDAD DEL SONIDO (1540M/S EN TEJIDOS HUMANOS), CON LO QUE SE CUMPLE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA CALIDAD DE LA IMAGEN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
21	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO AVANZADO PUNTO 1.8.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO COMO "MODO TRÍPLEX INDEPENDIENTE PARA 2D SIMULTÁNEO, CPA, FLUJO COLOR, DOPPLER PW" CON LO QUE SE CUMPLE LA FUNCIÓN DEL MODO DE IMAGEN SOLICITADO, YA QUE PARA LA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA SE DEBE REALIZAR EN IMÁGENES EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

22	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO AVANZADO PUNTO 1.13.	LOS ESTUDIOS DINÁMICOS NOS PERMITEN REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE LA HEMODINAMIA DEL PACIENTE EN DETERMINADAS AREAS ANATOMICAS EN TIEMPO REAL, POR LO QUE SE REQUIERE QUE EL SISTEMA OFERTADO PERMITA MANIPULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA O (REGION DE INTERES), EN ESTUDIOS DOPPLER COLOR, DOPPLER ANGIO O DE FLUJOS EN VELOCIDADES LENTAS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBE CUMPLIR CON ESTE PARAMETRO O SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL SISTEMA SEA CAPAZ DE TENER UN ÍNDICE DE INTENSIDAD DE PÍXELES: ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE PÍXELES Y MEDICIÓN DE TIEMPO DE VELOCIDAD DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER TISULAR (TDI). FAVOR DE ACLARAR.	SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE DEBE DE CUMPLIR CON ESTE PARÁMETRO, EL CUAL SE VALIDARA EN LA MUESTRA FISICA
23	TÉCNICO	PARTIDA 1. ULTRASONOGRAFO AVANZADO PUNTO 1.26.	LA TECNOLOGÍA SOLICITADA PARA ESTE PUNTO. INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T. PERMITE CONSEGUIR VELOCIDADES DE DATOS DE 1000 MB POR SEGUNDO AL ENVIAR Y RECIBIR FLUJOS DE DATOS DE 250 MB POR SEGUNDO EN CADA UNO DE LOS CUATRO PARES DE CABLES SIMULTÁNEAMENTE (FULL-DÚPLEX): 4 X 250 MB POR SEGUNDO = 1 GB POR SEGUNDO. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LA TECNOLOGÍA GIGABIT ETHERNET ALÁMBRICO EL CUAL TIENE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN IGUALES O SUPERIORES A LA TECNOLOGÍA 100/1000 BASE T, AHORA LLAMADA TAMBIÉN 100/1000 BASE X, LA CUAL CUMPLE Y SUPERA LOS ESTÁNDARES DE VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
24	ECONÓMICO	FORMA DE PAGO	SE SOLICITA ATENTAMENTE SE PRECISE SI EL PAGO SE EFECTUARÁ A MES VENCIDO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE, O BIEN AL MES SIGUIENTE DE LA FECHA DE ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DEL EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR	DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO DEBIDAMENTE DEVENGADO. PARA TAL EFECTO, SE CONSIDERA EL CIERRE MENSUAL (LOS DIAS DE ARRENDAMIENTO) DE LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS DENTRO DEL MES CALENDARIO. LA DOCUMENTACIÓN SUSCEPTIBLE DE PAGO, DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTARSE ENTONCES DURANTE LOS PRIMEROS DIAS HÁBILES DEL MES SUBSECUENTE, CONFORME A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL APLICABLE EN LA UMAE HGO 4.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

25	ECONÓMICO	FORMA DE PAGO	SOLO PARA ACLARAR, SE ENTIENDE QUE ¿EL CICLO DE FACTURACIÓN INICIA AL MES SIGUIENTE DE LA FECHA REAL DE ENTREGA DEL EQUIPO? ES DECIR, SI LA ENTREGA OCURRE EL DÍA 20, ¿EL VENCIMIENTO CORRESPONDE AL DÍA 20 DEL MES SIGUIENTE Y NO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES EN CURSO? FAVOR DE CONFIRMAR.	LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDEN A CADA DÍA NATURAL DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO. EL INICIO DEL SERVICIO SE CONSIDERA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE ENTREGADO, INSTALADO, OPERANDO Y CON LA CAPACITACIÓN CONCLUIDA, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO. LA FACTURACIÓN Y EL PAGO SE REALIZARÁN CON BASE EN LOS DÍAS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS DENTRO DE CADA MES CALENDARIO, REALIZANDO EL CORTE AL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE. EN CONSECUENCIA, AUN CUANDO LA ENTREGA OCURRA EN UNA FECHA INTERMEDIA DEL MES (POR EJEMPLO, EL DÍA 20), EL PAGO SE REALIZARÁ CONSIDERANDO ÚNICAMENTE LOS DÍAS DEVENGADOS EN ESE MES, Y NO A PARTIR DE CICLOS MENSUALES CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA. LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA DEBERÁ ENTONCES PRESENTARSE EN LOS PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES SUBSECUENTE, CONFORME A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA UMAE HGO 4
26	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARÁCTER DE LA LICITACIÓN	AL SER UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS BIENES A OFERTAR DEBERÁN SER DE ORIGEN NACIONAL Y/O BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO. FAVOR DE ACLARAR	SE TRATA DE LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CARÁCTER NACIONAL POR LO QUE EL ORIGEN DE LOS BIENES NO APLICA
27	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PLATAFORMA COMPRAS MX RUBRO ECONÓMICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LAS CASILLAS HABILITADAS SE COLOCARÁ EN EL MONTO MÍNIMO Y EL MONTO MÁXIMO LA MISMA CANTIDAD. FAVOR DE ACLARAR	SE RESPONDE POR ACLARACIONES GENERALES POR PARTE DE LA CONVOCANTE
28	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ADJUDICACIÓN	ENTENDEMOS QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA INDEPENDIENTE Y NO POR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS A UN SOLO PROVEEDOR. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
29	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PLATAFORMA COMPRAS MX RUBRO ECONÓMICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE MESES A ARRENDAR	SE DEBERA CONSIDERAR COMO OPTATIVO 15 DÍAS DESPUES DE LA EMISION DEL FALLO POR EL MOTIVO DE ENTREGAS Y CAPACITACION
30	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PLATAFORMA COMPRAS MX RUBRO ECONÓMICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL PRECIO UNITARIO SERÁ AL EQUIVALENTE AL TOTAL DE LOS EQUIPOS DE CADA PARTIDA MULTIPLICADO POR LOS MESES OTORGADOS EN LA RESPUESTA ANTERIOR. FAVOR DE ACLARAR	SE RESPONDE POR ACLARACIONES GENERALES POR PARTE DE LA CONVOCANTE
31	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MUESTRAS FÍSICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA EL PRESENTE EVENTO SE REQUIERE LA ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS. FAVOR DE ACLARAR	DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE SIENDO ESTAS DE CARÁCTER DEVOLUTIVO
32	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MUESTRAS FÍSICAS	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE COMO SERÁ LA COORDINACIÓN DE LA ENTREGA DE MUESTRAS, ACLARAR SI SERÁ CON PREVIA CITA A QUE CORREO SE DEBE SOLICITAR EL ACCESO, CUANTO TIEMPO ESTARÁN LAS MUESTRAS DENTRO DEL INSTITUTO, ACLARAR SI EL MISMO DÍA QUE INGRESEN SE REALIZARÁ UNA DEMOSTRACIÓN. FAVOR DE ACLARAR	LA ENTREGA DE MUESTRAS SERA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2026 DE 09:00 A 14:00 HORAS, DEBIENDOSE PRESENTAR EN CASETA DE VIGILANCIA DE ESTA UNIDAD DE ALTA ESPECIALIDAD



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

33	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MUESTRAS FÍSICAS	EN CASO DE REQUERIR MUESTRA FÍSICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA UTILIZAR UNA SOLA MUESTRA QUE ABARQUE VARIAS PARTIDAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PETICION, DEBERA PRESENTAR MUESTRA POR PARTIDA EN LAS QUE DESEE PARTICIPAR
34	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ARRENDAMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI AL FINALIZAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, EL INSTITUTO SERÁ EL PROPIETARIO DE LOS EQUIPOS. FAVOR DE ACLARAR	LOS EQUIPOS SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO
35	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ARRENDAMIENTO	DENTRO DEL ESQUEMA DE ARRENDAMIENTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS BIENES A OFERTAR DEBERÁN SER NUEVOS	ES CORRECTA SU APRECIACION
36	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MUESTRAS FÍSICAS	EN CASO DE SOLICITAR MUESTRA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR UN VIDEO DEMOSTRATIVO, DEMOSTRANDO TODAS LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES	NO SE ACEPTA SU PETICION, DEBERA PERSENTAR MUESTRA FISICA
37	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MUESTRAS FÍSICAS	LO QUE NO PUEDA SER DEMOSTRADO EN LA MUESTRA FÍSICA, SE PUEDE DEMOSTRAR EN CATÁLOGOS O MANUALES?	SE ACEPTA SU PETICION
38	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MUESTRAS FÍSICAS	INDICAN QUE LA MUESTRA ES NO DEVOLUTIVA, SE REFIEREN A QUE UNA VEZ INGRESADA LA MUESTRA NO SE REGRESARÁ AL LICITANTE. FAVOR DE ACLARAR	SON DE CARÁCTER DEVOLUTIVO, PORTERIORES A LOS 12 DIAS DE EMITIRSE EL FALLO
39	TÉCNICO	PARTIDA 5 CARDIOTOCOGRAFO	PUNTO 1.1.12.- SOLICITAN ESTIMULADOR ACÚSTICO PARA ESTIMULAR EL MOVIMIENTO FETAL, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL PARA NO INCREMENTAR EL PRECIO DEL EQUIPO ¿SEA ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN
40	TÉCNICO	PARTIDA 5 CARDIOTOCOGRAFO	PUNTO 3.2.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR TUBO DE GEL DE 250 ML, ENTREGANDO EL EQUIVALENTE DE LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICIÓN

LICITANTE: VITER MEDICAL SA DE CV				
N°	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	TÉCNICO	15. CAUSAS DE DESECHAMIENTO	EN EL INCISO U. DICE TEXTUALMENTE "CUANDO NO PRESENTEN UNA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, SIENDO ESTAS DE CARÁCTER NO DEVOLUTIVO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE UN ERROR INVOLUNTARIO, AL MENCIONAR QUE NO SE DEVOLVERÁ EL EQUIPO MEDICO QUE SE ENTREGARA DE MUESTRA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE HACE LA ACLARACION LAS MUESTRAS SERAN DEVUELTAS UNA VEZ TERMINADO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION, UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE LICITACION A LOS 12 DIAS POSTERIORES
2	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	INCISO C) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU MUESTRA FÍSICA, PARA PODER SER EVALUADO POR EL ÁREA TÉCNICA. AL FINAL DEL PÁRRAFO MENCIONA QUE NO APLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO. PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SI SE REQUIERE UNA MUESTRA FÍSICA, DEL EQUIPO QUE SE OFERTA?	SE HACE LA ACLARACION QUE, SI SE REQUIERE QUE PRESENTE MUESTRA FISICA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS A OFERTAR, PARA SER EVALUADO
3	TÉCNICO	15. CAUSAS DE DESECHAMIENTO	PARA LA MUESTRA FÍSICA QUE SE ENTREGARA EL DÍA 8 DE JUNIO, SE REQUIERE QUE UN REPRESENTANTE DE NOSOTROS, OTORGUEMOS DEMOSTRACIÓN FÍSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO ¿ES ESTE CORRECTO?	SE HACE LA ACLARACION QUE SOLO DEBERA ENTREGAR LA MUESTRA FISICA
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR, RELATIVO A LA PROP	INCISO F. PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ACREDITAR NUESTRAS OBLIGACIONES FISCALES, CON OPINIONES POSITIVAS CON TRES DÍAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE APERTURA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PETICION
5	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)	EN DICHO ANEXO SE SOLICITA "CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD, ANEXO 10 SEGÚN PUNTO DE LAS BASES 6.2 FRAC V, PERO DICHO PUNTO NO APARECE EN LAS BASES. PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS PRESENTAR DICHA CONSTANCIA, ASÍ MISMO SABER EN QUE PERIODO DE FECHAS SE PODRÁ HACER LA VISITA AL HOSPITAL.	NO APLICA VISITA A LAS INSTALACIONES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

6	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)	EN EL PRESENTE ANEXO SE MENCIONAN PUNTOS DEL 6.2 FRAC V AL 6.2 FRAC. XXI. ESTOS 17 PUNTOS NO SE MENCIONAN EN LAS BASES. PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI SE DEBERÁN DEMOSTRAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA O HACER OMISO A ELLOS. FAVOR DE ACLARAR.	FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO 5 DONDE SE MENCIONA LOS PUNTOS 6.2 FRAC V AL 6.2 FRAC. XXI
7	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)	EN EL PRESENTE ANEXO SE MENCIONAN 11 PUNTOS A CUMPLIR EN EL APARTADO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARA SI EXISTE UN ERROR EN BASES, YA QUE NO SE MENCIONA NADA AL RESPECTO. ¿ES CORRECTO OMITIR ESTOS PUNTOS?	FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO 5 DONDE SE MENCIONA LOS PUNTOS 6.2 FRAC V AL 6.2 FRAC. XXI

-----ACLARACION POR PARTE DE LA CONVOCANTE-----

LA PRESENTE LICITACION NO ES REALIZADA POR SESION, SERA REALIZADA POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO POR DIA. -----

SE HACE LA ACLARACION POR PARTE DE LA CONVOCANTE, LA COTIZACION DEBERA SER PRESENTADA POR DIA Y POR EQUIPO, NO POR SESION-----

SE HACE LA ACLARACION POR PARTE DE LA CONVOCANTE, QUE EL PRECIO UNITARIO DEBERA COTIZARSE POR DIA-----

DICE	DEBE DECIR
LA-50-GYR-050GYR036-N-20-2026	LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026

No. DE PARTIDA	DESCRIPCION DEL EQUIPO	PRECIO UNITARIO POR DIA Y POR EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADA	MONTO TOTAL
1	ULTRASONOGRAFO. (BASICO)		2	
1.a	ULTRASONOGRAFO. (GINECO-OBSTETRICO TERCER NIVEL)		2	
1.b	ULTRASONOGRAFO. (AVANZADO)		2	
2	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL		1	
3	EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO ATRAVÉS DE EMISIONES OTOACÚSTICAS		1	
4	CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE		6	
5	CARDIOTOCOGRAFO		6	
SUB TOTAL				
I.V.A.				
TOTAL				

CONFORME AL ARTICULO 46 DEL RLAASSP, FRACCION II, SE CONSIDERAN LAS REPREGUNTAS QUE DEBEN DE VERSAR SOBRE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE DURANTE UN PLAZO DE 6 HORAS EN UN HORARIO DE 18:00 A LAS 23:00 HORAS-----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, SE HACE CONSTAR QUE-, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://comprasmx.buengobierno.gob.mx/](https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/) PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. ASIMISMO, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ EN: LA OFICINA DE ADQUISICIONES, DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4, SITO AVENIDA RÍO MAGDALENA



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO

NO. 289, PRIMER PISO, COL. TIZAPÁN SAN ÁNGEL C.P. 01090, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA O UN AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS 11.00 HORAS, DEL DÍA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2026.

ESTA ACTA CONSTA DE 15 HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
LIC. ANTONIO NAVARRO RUÍZ	JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	
MTRO. GABINO PEREZ MOLINA	JEFE DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA	

SE INFORMA QUE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS SE LLEVARA A CABO EL 10 DE JUNIO A LAS 10:00 HORAS

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-26, PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 PARA EL AÑO 2026, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

FIN DEL ACTA



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO.4
"LUIS CASTELAZO AYALA"
Dirección
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR036-N-21-2026
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO**

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
LIC. ANTONIO NAVARRO RUÍZ	JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	
MTRO. GABINO PEREZ MOLINA	JEFE DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA	