

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR036-N-20-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO

EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL 11 DE ABRIL DE 2024, SE REUNIERON EN LA OFICINA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 4 LUIS CASTELAZO AYALA, UBICADO EN AVENIDA RÍO MAGDALENA 289, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, FUNCIONARIOS, QUIENES MÁS ADELANTE SE ENUNCIAN CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA, SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO; SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE IMSS UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO. -----

ING ROMULO PEREZ GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES SOLVENTÓ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LOS REPRESENTANTES
DEL ÁREA CONTRATANTE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y OFICINA DE
ADQUISICIONES, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE
ACTA-----

EL PRESIDENTE DEL ACTO, HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA A TRAVÉS DE COMPRANET EN TIEMPO Y FORMA, MISMAS QUE SE ANEXAN PARA PRONTA REFERENCIA.

[illegible]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR036-N-20-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO

[illegible][illegible]



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa

Departamento de Abastecimiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR036-N-20-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO

1.- SE PROCEDE A LA LECTURA DE PREGUNTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA-----

Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración
ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6. DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR	PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR ¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS LAS CARTAS, MANIFIESTOS Y ESCRITOS? FAVOR DE ACLARAR.
			RESPUESTA TODA LA DOCUMENTACION SERA DIRIGIDA AL DR OSCAR MORENO ALVAREZ DIRECTOR GENERAL DE LA UMAE
ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2. PROPOSICION TECNICA	PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI PODEMOS PRESENTAR OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. FAVOR DE ACLARAR.
			RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA
ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI REFACCIONES ESPECIFICADAS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE DEBEN INCLUIR EN PRECIO UNITARIO. FAVOR DE ACLARAR.
			RESPUESTA ES CORRECTO DEBERA INTEGRAR EL COSTO DE LAS REFACCIONES INDICADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EN SU PRECIO UNITARIO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR036-N-20-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO

ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	TÉCNICO	9.-EJECUCION DE LOS SERVICIOS, 1.- REFACCIONES Y/O MATERIALES	PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR ¿SE PUEDEN PRESENTAR REFACCIONES NUEVAS, COMPATIBLES O EQUIVALENTES QUE GARANTIZAN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON EL FABRICANTE? FAVOR DE ACLARAR.
			RESPUESTA SOLO EN LOS EQUIPOS QUE POR SU ANTIGÜEDAD NO SE ENCUENTREN REFACCIONES ORIGINALES, MISMAS QUE TENDRAN QUE MOSTRAR AL MOMENTO DE INSTALARLAS AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.
ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO TECNICO	PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR¿LAS REFACCIONES MAYORES A \$5,000.00 SE DEBEN ANEXAR EN UNA RELACIÓN CON NUMERO DE PARTE? FAVOR DE ACLARAR.
			RESPUESTA SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR UN LISTADO CON LAS REFACCIONES MAYORES A \$5,000.00. INDICANDO SU COSTO SIN IVA.
ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	TÉCNICO	6.2. PROPOSICION TECNICA	PREGUNTA SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI EN AQUELLAS REFACCIONES O EQUIPOS DESCONTINUADOS EN LOS CUALES NO HAY SOPORTE POR EL FABRICANTE SE PUEDE OFERTAR ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.
			RESPUESTA NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERA OFERTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LICITADOS.
ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO TECNICO	PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR ¿SE DEBE ANEXAR UNA PROPUESTA ECONOMICA DE LA REFACCIONES MAYORES A \$5,000.00? FAVOR DE ACLARAR.
			RESPUESTA SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR UN LISTADO CON LAS REFACCIONES MAYORES A \$5,000.00. INDICANDO SU COSTO SIN IVA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR036-N-20-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO

ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO SA DE CV	TÉCNICO	6.2. PROPOSICION TÉCNICA	PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR, DEBIDO A QUE SE PIDEN MANUALES TECNICOS DE SERVICIO POR MARCA Y MODELO DE LOS EQUIPOS QUE SE LICITAN LA CANTIDAD DE PAPEL QUE SE UTILIZA SERIA DEMASIADA ¿PODEMOS PRESENTAR LOS MANUALES TECNICOS DE SERVICIO EN FOMATO DIGITAL? ESTO CON EL FIN DE SER AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE. FAVOR DE ACLARAR. RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
RUANOVA SA DE CV	TÉCNICO	CATALOGO DE EQUIPO MEDICO	PREGUNTA EN EL ANEXO EXCEL SE MENCIONA QUE LOS SERVICIOS DE ALGUNAS PARTIDAS DARAN COMIENZO EN EL MES DE ABRIL, SIN EMBARGO, RESPECTO A LA CALENDARIZACION DE LA CONVOCATRIA SE ESPECIFICA QUE EL FALLO SERA EL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE RECORRERAN LOS SERVICIOS PARA EL MES SIGUIENTE? RESPUESTA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION SE DARAN A CONOCER LAS FECHAS PARA REALIZAR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
RUANOVA SA DE CV	TÉCNICO	CATALOGO DE EQUIPO MEDICO	PREGUNTA DERIVADO DE LA VISITA DE OBSERVACION A LO EQUIPOS QUE SOLICITA LA CONVOCANTE. PARTIDA XIXDE LOS 4 EQUIPOS TECHNIX QUE SE LICITAN 3 SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO POR FALLA EN EL FLAT PANEL. DEL EQUIPO QUE SE PUDO REVISAR SE DETECTA QUE ESTA EN CONTRATO CON NIVEL CENTRAL ¿PODRIA INDICARNOS LA CONVOCANTE QUE PROCEDERA EN ESTE CASO? RESPUESTA SE CONTESTA CON PRESICIONES A LAS BASES.
RUANOVA SA DE CV	TÉCNICO	CATALOGO DE EQUIPO MEDICO	PREGUNTA PARTIDA XIX EQUIPOS TECHNIX.RESPECTO A LOS EQUIPOS QUE ESTAN EN RESGUARDO ¿PODRIA INDICARNOS LA CONVOCANTE LA FALLA PRECISA? YA QUE SE MENCIONA QUE SOLO ES UNA AVERIA EN EL FLAT PANEL, POR LO QUE EL PRECIO A COTIZAR Y TIEMPO DE ENTREGA PUEDE VARIAR EN RANGO DE PRECIO HASTA UN POSIBLE CAMBIO DEL FLAT, ESTO PARA PODER COTIZAR ADECUADAMENTE RESPUESTA SE CONTESTA CON PRESICIONES A LAS BASES.
CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	6.2 PROPOSICION TECNICA	PREGUNTA PARA GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS SON PRESTADOS POR PERSONAL CAPACITADO EN LOS EQUIPOS EN CUESTION, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE LOS OFERENTES PRESENTEN CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO O TITULAR DE REGISTRO SANITARIO A NOMBRE DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR036-N-20-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO

CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	6.2 PROPOSICIÓN TECNICA	RESPUESTA DEBIDO A QUE LA PREGUNTA NO VERSA SOBRE LA PARTIDA EN ESPECIFICO, NO SE ACEPTA.
			PREGUNTA PARA GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS QUEDARÁN FUNCIONALES DE ACUERDO A LOS MANUALES DEL FABRICANTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE LOS OFERENTES PRESENTEN CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO HACIA EL LICITANTE, GARANTIZANDO LA EXISTENCIA DE LAS REFACCIONES ORIGINALES
			RESPUESTA DEBIDO A QUE LA PREGUNTA NO VERSA SOBRE LA PARTIDA EN ESPECIFICO, NO SE ACEPTA.

SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE ESTA CONVOCANTE REALIZA LAS SIGUIENTES
PRESICIONES:-----

- 1.- DE LA PARTIDA XIX MANTENIMIENTO A LA SALA DE RX. SE RETIRAN 4 EQUIPOS DE
RAYOS X PORTATILES MARCA TECHNIXS.-----
- 2.- SE AÑADE AL CATALOGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DESFIBRILADORES PARTIDA
XVII DOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A CONSIDERAR EN SU PROPUESTA
ECONOMICA ; SE ANEXA NUEVO CATALOGO.-----
- 3.- SE AÑADE AL CATALOGO DE MANTENIMIENTO A MONITORES PARTIDA XXIII TRES
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A CONSIDERAR EN SU PROPUESTA ECONOMICA SE
ANEXA NUEVO CATALOGO.-----
- 4.- SE AÑADE AL CATALOGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
MICROTOMOS , PROCESADORES DE TEJIDOS PARTIDA I TRES EQUIPOS MAS , SE ANEXA
NUEVO CATALOGO.-----
- 5.- DEBERÁ CONSIDERAR EL NÚMERO DE PARTIDA DE ACUERDO CON LAS BASES DE
CONVOCATORIA Y NO AL CATALOGO DE CONCEPTOS.-----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE
INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, SE HACE CONSTAR QUE, EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN
LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX PARA
EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. ASIMISMO, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE
FIJARÁ EN: LA OFICINA DE ADQUISICIONES, DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4,
SITO AVENIDA RÍO MAGDALENA NO. 289, PRIMER PISO, COL. TIZAPÁN SAN ÁNGEL C.P.
01090, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE
ACTA O UN AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA,
POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.-----

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS 13:30 HORAS, DEL DÍA 11 DEL
MES ABRIL DE 2024,.-----

ESTA ACTA CONSTA DE 07 HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE
CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO.-----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	



GOBIERNO DE
MÉXICO



UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

NO.4

"LUIS CASTELAZO AYALA"

Dirección

Dirección Administrativa


Departamento de Abastecimiento

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

No. LA-50-GYR-050GYR036-N-20-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO

C. ANTONIO NAVARRO RUIZ	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	
ING. RÓMULO PÉREZ GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	
SE INVITO CON MEMORANDUM REF: ADQ/031/2024	DIVISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	NO ASISTIÓ

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA,
ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIASE INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	FIRMA
SE INVITO CON OFICIO: 371301200200/ADQ 020/2024	NO ASISTIÓ

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO, LA-50-GYR-050GYR036-N-20-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 PARA EL AÑO 2024, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS. -----

----- FIN DEL ACTA -----



