

## Jorge Armando Famoso Avila

**De:** Alvaro Verduzco Correa  
**Enviado el:** miércoles, 3 de abril de 2024 02:29 p. m.  
**Para:** Jorge Armando Famoso Avila  
**CC:** Hugo Ricardo Hernandez Garcia; Luis Medina Maldonado; Luis Antonio Macias Lee; Adrian Alonso Castillo Garcia; Aurora Marisol Famoso Avila  
**Asunto:** RE: evaluación Técnica adquisición de consumibles AA-50-GYR-050GYR020-I-52-2024

Se especifica la información solicitada.

En la partida 11: lápiz desechables, participante promedica Garcia, la evidencia de que no cumple se encuentra en el catálogo ofertado en el folleto/ ficha técnico ( 9433785\_E\_Catalogos) OBS/partida11 lápiz para electrocirugía

En la partida 12: lápiz desechables, participante promedica Garcia, la evidencia de que no cumple se encuentra en el catálogo ofertado en el folleto/ ficha técnico ( 9433785\_E\_Catalogos) OBS/partida12 Placa para electrocirugía

Lo anterior en seguimiento fiel al catálogo técnico biomédico institucional en Cuestión

Gracias y saludos



**Ing. Alvaro Verduzco Correa**

Jefe de División de Ingeniería Biomédica

Av. Belisario Domínguez No. 1000, 1er. Piso  
Colonia: Independencia, Guadalajara, Jal C.P 44349  
Teléfono: 3336683000 (Con) Ext. 31574  
Alvaro.verduzco@imss.gob.mx

Dirección Administrativa  
División de Ingeniería de Biomédica

**De:** Jorge Armando Famoso Avila  
**Enviado el:** miércoles, 03 de abril de 2024 01:28 p.m.  
**Para:** Alvaro Verduzco Correa  
**CC:** Hugo Ricardo Hernandez Garcia; Luis Medina Maldonado; Luis Antonio Macias Lee; Adrian Alonso Castillo Garcia; Aurora Marisol Famoso Avila  
**Asunto:** evaluación Técnica adquisición de consumibles AA-50-GYR-050GYR020-I-52-2024

ING. ALVARO VERDUZCO CORREA:

En atención a su evaluación técnica para la adquisición de consumibles, para la adjudicación directa número AA-50-GYR-050GYR020-I-52-2024, solicito que ratifique o rectifique los causales de descalificación manifiestos de acuerdo a lo siguiente:

PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO DE DESCALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN DE ANALISIS ADQUISICIONES
PROMEDICA GARCÍA	PARTIDA 11 LÁPIZ DESECHABLE	- paquete con 40 piezas. En su lugar oferta paquete con 100 piezas	EN SU PROPUESTA SE OBSERVA QUE OFERTA PAQUETE CON 40
PROMEDICA GARCÍA	PARTIDA 11 LÁPIZ DESECHABLE	- cable de 15' (4.57m), En su lugar oferta cable de 320 cm	EN SU PROPUESTA OFERTA - cable de 15' (4.57m) Y EL QUE USTED SEÑALA
PROMEDICA GARCÍA	PARTIDA 11 LÁPIZ DESECHABLE	<b>No existe evidencia documental de que sea hoja desechable "ultraclean". - No existe evidencia documental de que sea boton de activacion "goldline".</b>	EN SU PROPUESTA TÉCNICA SE OFERTA ALGUNAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS, SIN EMBARGO, ESTA OFICINA AL NO CONTAR CON LA EXPERIENCIA PARA PODER





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



División de Ingeniería Biomédica

UMAE Hospital de Especialidades CMNO

Ing. Adrián Alonso Castillo García  
Jefe del Departamento de Abasto.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.



Guadalajara Jalisco, 1 de Abril del 2024

DIB/109/2024

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como hacerle entrega del dictamen técnico desde el punto de vista de especificaciones técnicas de Ingeniería Biomédica correspondiente a la Adjudicación AA-50-GYR-050GYR020-I-52-2024, para la adquisición de consumibles de equipo médico lo anterior bajo estricto apego a bases establecidas así como únicas y exclusivamente a las características técnicas biomédicas requeridas en las bases en cuestión

**Reglón 11:** lapiz desechable

Clave SAI 379.443.0128.00.01

Cantidad: 285

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional: lapiz desechable control de mano, hoja desechable "ultraclean®", boton de activacion "goldline®", electrodo de 1" "ultraclean®", cable de 15' (4.57m), funda. paquete con 40 piezas. presentación: paquete. numero de catalogo:

Participante: Promedica Garcia S.A. DE C.V.

**Dictamen Técnico: 0**

La propuesta ofertada NO **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

-La propuesta técnica No cumple con las especificaciones solicitadas:

- paquete con 40 piezas. En su lugar oferta paquete con 100 piezas
- cable de 15' (4.57m), En su lugar oferta cable de 320 cm
- No existe evidencia documental de que sea hoja desechable "ultraclean".
- No existe evidencia documental de que sea boton de activacion "goldline", electrodo de 1" "ultraclean", funda.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando menos 0 / 50 = **Dictamen NO Aprobado**

**Reglón 12:** placas dobles desechables

Clave SAI 379.704.0056.00.01

Cantidad: 114

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional: placas dobles desechables para adulto. presentación: caja (100 piezas). numero de catalogo: 410-2000. para su uso en el equipo clave: 531 328 0124 unidad de electrocirugia intermedia. marca: conmed. modelo: sabre 180/ 1000 ses.

Participante: Promedica Garcia S.A. DE C.V.

**Dictamen Técnico: 0**

La propuesta ofertada NO **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

-La propuesta técnica No cumple con las especificaciones solicitadas:

- Numero de catalogo: 410-2000 en su lugar oferta el SGFGBD-DB1041AC

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando menos 0 / 50 = **Dictamen NO Aprobado**

**Reglón 13:** circuito extracorporeo

Clave SAI 379.200.3208.00.01

Cantidad: 20

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional: circuito extracorporeo de pvc interconectado. contiene: 4 segmentos para bomba, una línea de heparina para conectar jeringas, una línea para liquido de hemodialisis, una línea para fluido de remplazo, una línea de acceso al paciente, una línea de colección de volumen extraido. 4 transductores de presión, un filtro de membrana an69 tamaño st150, una bolsa para drenaje del liquido de cebado, una bolsa para recolección de volumen extraido post dilución, estéril y desechable. presentación: set. numero de catalogo: 107640 (st150). para su uso en el equipo: equipo para terapia de reemplazo renal continuo (errt). clave: 531.340.0235. marca: gambro. modelo: prismaflex.

a.- Participante: Baxter S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2 Puntos

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUJARQUATO  
REVOLUCIONARIO Y DEMOCRATICO  
CUI. MARCO



Capacidad de Licitante: 0  
Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**Renglón 14:** solución coadyuvante

Clave SAI 379.821.3637.00.01

Cantidad: 250

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional:** solución coadyuvante del equilibrio hidro-electrolítico y del pH en pacientes bajo sustitución renal continua. solución esteril, para utilizarse en pacientes bajo sustitución renal continua en pacientes con falla renal aguda, y en otros casos, cuando se requiere de la remoción de líquidos o solutos, como en los casos de envenenamiento agudo por medicamentos o drogas que son dializables. la solución no entra en contacto con el torrente sanguíneo del paciente, bolsa doble que contiene una solución electrolítica (a) y otra amortiguadora (b). antes de la mezcla, cada 1000 ml contienen: calcio 3.5 meq/l, magnesio 1 meq/l; sodio 140 meq/l; cloro 109.5 meq/l; lactato 3 meq/l; bicarbonato 32 meq/l; agua para inyección. presentación: empaque con 2 bolsas de 5000 ml por paquete. número de catalogo: 6054351. para su uso en el equipo medico: clave 531.340.0235 equipo de hemofiltración para terapia renal continua. marca: gambro. modelo: prisma.

a.- Participante: Baxter S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2 Puntos

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**Renglón 15:** solución coadyuvante

Clave SAI 379.821.3629.00.01

Cantidad: 250

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional:** solución coadyuvante del equilibrio hidro-electrolítico y del pH en pacientes bajo sustitución renal continua. solución esteril, para utilizarse en pacientes bajo sustitución renal continua en pacientes con falla renal aguda, y en otros casos, cuando se requiere de la remoción de líquidos o solutos, como en los casos de envenenamiento agudo por medicamentos o drogas que son dializables. la solución no entra en contacto con el torrente sanguíneo del paciente, bolsa doble que contiene una solución electrolítica (a) y otra amortiguadora (b). antes de la mezcla, cada 1000 ml contienen: potasio 4 meq/l, calcio 2.5 meq/l; magnesio 1.5 meq/l; sodio 140 meq/l; cloro 113 meq/l; lactato 3 meq/l; bicarbonato 32 meq/l; glucosa 110 mg/ml; agua para inyección. presentación: empaque con 2 bolsas de 5000 ml por paquete. número de catalogo: 6054356. para su uso en el equipo medico: clave 531.340.0235 equipo de hemofiltración para terapia renal continua. marca: gambro. modelo: prisma.

a.- Participante: Baxter S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2 Puntos

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

J

**Renglón 16:** bolsa de 1000 ml (1 litro).

Clave SAI 379.100.0692.00.01

Cantidad: 362

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional:** bolsa de 1000 ml (1 litro). de polietileno, desechable, flexible, translúcida, para aspiración y recolección de secreciones y fluidos corporales. con fondo plano. para ajuste en recipiente rígido, con sistema antireflujo por medio de

a.- Participante: Reva Farmacos S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 0

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

- No existe evidencia documental en donde se oferte la entrega de 30 tripies y 50 bases de pared requeridos para las áreas de urgencias, quirófanos, terapias, hospitalización y servicios de soporte del hospital

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando menos 0 / 50 = **Dictamen NO Aprobado**





GOBIERNO DE  
MÉXICO



**Reglón 17:** bolsa de 1500 ml (1.5 litros).

Clave SAI 379.100.0700.00.01

Cantidad: 168

Descripción amplia y detallada Según el catálogo flexible, translúcida, para aspiración y recolección rígido, con sistema antireflujo por

a.- Participante: Reva Farmacos S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 0

La propuesta ofertada NO **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos establecidas en el cuadro básico institucional.

- No existe evidencia documental en donde se oferte urgencias, quirófanos, terapias, hospitalización y servicios de

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando m

**Reglón 18:** bolsa de 3000 ml (3 litros)

Clave SAI 379.100.0718.00.01

Cantidad: 72

Descripción amplia y detallada Según el catálogo flexible, translúcida, para aspiración y recolección rígido, con sistema antireflujo por medio de

a.- Participante: Reva Farmacos S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 0

La propuesta ofertada NO **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos establecidas en el cuadro básico institucional.

- No existe evidencia documental en donde se oferte urgencias, quirófanos, terapias, hospitalización y servicios de

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando m

**Reglón 19:** cartucho de peróxido

Clave SAI 379 182 0701 00 02

Cantidad: 25

Descripción amplia y detallada Según el catálogo con código de barras, contiene 5 casettes cada uno para equipo médico: esterilizador de bajatemperatura a través de advanced sterilization products (asp), modelo: sterrad

a.- Participante: Grupo Emqur S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2 Puntos

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando m

**Reglón 20:** bolsa compuesta de tyvek

Clave SAI 379 100 1088 00 02

Cantidad: 4

Descripción amplia y detallada Según el catálogo poliéster/polietileno transparente de 200 mm x 400 mm ancho. presentación: caja con 500 bolsas. número de temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno (asp). modelo: sterrad 100s, sterrad 100nx y sterrad n

a.- Participante: Grupo Emqur S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2 Puntos

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**Renglón 21:** ; rollo compuesto de tyvek

Clave SAI 379 781 0219 00 02

**Cantidad: 15**

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional:** rollo compuesto de tyvek 4057 b y película poliéster/policetileno transparente de 350 mm x 70 m con indicador químico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de ancho. presentación: caja con 2 rollos, número de catálogo: 12435 o 42435, para uso en el equipo: esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno, clave: 531.385.1031, marca: advanced sterilization products (asp), modelo: sterrad 100s sterrad 100nx sterrad nx.

**Participante:** Grupo Emqur S.A. DE C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2 Puntos**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**Renglón 22:** rollo compuesto de tyvek

Clave SAI 379 781 0235 00 02

**Cantidad: 15**

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional:** rollo compuesto de tyvek 4057 b y película poliéster/policetileno transparente medida 100 mm x 70 m con indicador químico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de ancho. presentación: caja con 6 rollos, número de catálogo: 12410 o 42410, para uso en el equipo: esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno, clave: 531.385.1031, marca: advanced sterilization products (asp), modelo: sterrad 100s sterrad 100nx sterrad nx.

**a.- Participante:** Grupo Emqur S.A. DE C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2 Puntos**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**Renglón 23:** rollo compuesto de tyvek

Clave SAI 379 781 0227 00 02

**Cantidad: 15**

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional:** rollo compuesto de tyvek 4057 b y película poliéster/policetileno transparente medida 200 mm x 70 m con indicador químico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de ancho. presentación: caja con 4 rollos, número de catálogo: 12420 o 42422, para uso en el equipo: esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno, clave: 531.385.1031, marca: advanced sterilization products (asp), modelo: sterrad 100s sterrad 100nx sterrad nx.

**a.- Participante:** Grupo Emqur S.A. DE C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2 Puntos**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

**A T E N T A M E N T E**

“Seguridad y Solidaridad Social”



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



Ing. Álvaro Verduzco Correa,  
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Handwritten signature in blue ink



