



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



División de Ingeniería Biomédica

UMAE Hospital de Especialidades CMNO

Ing. Adrián Alonso Castillo García  
Jefe del Departamento de Abasto.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.



DIB/136/2024  
Guadalajara Jalisco, 12 de Abril del 2024

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como hacerle entrega del dictamen técnico desde el punto de vista de especificaciones técnicas de Ingeniería Biomédica correspondiente a la **ADJUDICACION DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA** y al requerimiento **14B/2024**, para la adquisición de consumibles de equipo médico lo anterior bajo estricto apego a bases establecidas así como únicas y exclusivamente a las características técnicas biomédicas requeridas en las bases en cuestión

**Renglón 1:** electrodo de broche

Clave SAI 379.604.7220.00.01

Cantidad: 930

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional:** electrodo de broche, para monitoreo continuo, desechable, con pasta conductiva. Presentación: paquete con 100 piezas. para su uso en el equipo: monitor de signos vitales. clave: 531.619.0403. marca: drager. modelo: infinity. marcas compatibles: drager,

a.- **Participante:** RYU Medical S.A. DE C.V.  
(Cardinal Health/ Kendall/ Meditrace) Canada.

**Dictamen Técnico: 49.2 Puntos**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

b.- **Participante:** Luis Eduardo Sáenz Pallares.  
(BCT) USA

**Dictamen Técnico: 0 Puntos**

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

-La oferta no presenta folletos con información técnica documental de consumible solicitado.

**Capacidad de Licitante: 0**


**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando menos 0 / 50 = **Dictamen NO Aprobado**

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE  
"Seguridad y Solidaridad Social"

  
Ing. Álvaro Verduzco Correa.  
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.