



DIB/204/2024

Guadalajara Jalisco, 3 de Junio del 2024

**Ing. Adrián Alonso Castillo García**  
Jefe del Departamento de Abasto.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como hacerle entrega del dictamen técnico desde el punto de vista de especificaciones técnicas de Ingeniería Biomédica correspondiente a la Adjudicación LA-50- GYR-050GYR020-I-90-2024 para la adquisición de consumibles de equipo médico lo anterior bajo estricto apego a bases establecidas así como únicas y exclusivamente a las características técnicas biomédicas requeridas en las bases en cuestión

1.- Cable troncal

Clave SAI: 526 080 1351 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** cable troncal para bis para spm, adulto-niño. presentación: pieza. numero de catalogo: 6800-30-50761. para su uso en el equipo: anestesia intermedia, unidad de. clave: 531.053.0372. marca: penlon. modelo: prima sp2.

**Participante.** Distribuidor de Equipo Medico e Industrial de Mexico S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos .1**

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

2.- Cable de paciente pediátrico-adulto

Clave SAI: 379 156 9290 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** cable de paciente pediátrico-adulto para monitoreo de gasto cardiaco (icg) por bioimpedancia con seis puntas tipo pinza para colocación de electrodos y con conector redondo de ocho pines presentación: pieza. numero de catalogo:

**Participante.** Distribuidor de Equipo Medico e Industrial de Mexico S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos .1**

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

3.- kit para gasto cardiaco

Clave SAI: 379 561 2153 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** kit para gasto cardiaco. incluye: cable de c.o. de 6 pines (co7703), cable sensor de temperatura para la inyección de líquidos (sp4042), sensor de temperatura para la inyección de líquidos (sp5045) y jeringa con control

**Participante.** Distribuidor de Equipo Medico e Industrial de Mexico S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos .1**

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

4.- kit de inyeccion

Clave SAI: 379 561 2674 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** kit de inyeccion para gasto cardiaco por termomodulacion y temperatura en frio: incluye housing para sensor de temperatura de inyeccion, set de 16 pies de manguera en espiral y jeringa de 10 cc presentación: pieza. numero de catalogo:

**A.- Participante.** Distribuidor de Equipo Medico e Industrial de Mexico S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.



**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0.1**

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**B.- Participante.** Instrumentos Medicos Internacionales S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0.1**

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

5.- Sensor de fibra optica

**Clave SAI:** 379 808 7221 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** sensor de fibra optica de 35 cm para medicion de saturacion venosa central de o2 (scvo2). presentacion: pieza. numero de catalogo: 040-000920-00. para su uso en el equipo: anestesia de alta especialidad, unidad de. clave:

**Participante.** Distribuidor de Equipo Medico e Industrial de Mexico S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0.1**

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

6.- sensor de fibra optica

**Clave SAI:** 379 808 7239 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** sensor de fibra optica de 37 cm para la medicion de saturacion venosa central de o2 (scvo2). presentacion: pieza. numero de catalogo: 040-000919-00. para su uso en el equipo: anestesia de alta especialidad, unidad de. clave:

**Participante.** Distribuidor de Equipo Medico e Industrial de Mexico S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0.1**

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

7.- Modulo optico con sensor

**Clave SAI:** 526 533 0844 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** modulo optico con sensor de fibra optica de 35 cm para la medicion de saturacion venosa central de o2 (scvo2). presentacion: pieza. numero de catalogo: 115-008293-00. para su uso en el equipo: anestesia de alta

**Participante.** Distribuidor de Equipo Medico e Industrial de Mexico S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0.1**

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

8.- parche para marcapaso

**Clave SAI:** 379 682 0136 00 00

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** parche para marcapaso para paciente adulto, 0.8 metros. presentacion: paquete con 5 piezas. numero de parte: 0651-30-77007. para su uso en la familia: desfibrilador-monitor-marcapaso. marca: mindray. modelos: beneheart d3, beneheart d6.

**A.-Participante.** Distribuidor de Equipo Medico e Industrial de Mexico S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**



**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0.1**

Total de puntuación: 49.3/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**B.-Participante.** Corporativo en Servicios de Ingeniería Medica S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 0**

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

-La propuesta NO Presenta número de parte solicitado: 0651-30-77007 en su lugar presenta el EDC-2015./ ED1010

-La propuesta NO presenta presentación: paquete con 5 piezas. En su lugar presenta caja con 50.

-La propuesta NO presenta documentación que muestre el parche para marcapaso para paciente adulto sea de 0.8 metros.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen NO Aprobado**

**9.- Electrodo de broche,**

**Clave SAI:** 379 304 7220 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** electrodo de broche, para monitoreo continuo, desechable, con pasta conductiva. presentacion: paquete con 100 piezas. para su uso en el equipo: monitor de signos vitales. clave:

531.619.0403. marca: drager. modelo: infinity. marcas compatibles: drager,

**Participante.** Juan Pablo Orosco Escobedo.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**10.- cassette para inclusion de tejidos**

**Clave SAI:** 379 185 0088 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** cassette para inclusion de tejidos con tapa. material acetel polímero de alta densidad. presentacion: caja con 500 unidades. numero de catalogo: m490. para su uso en el equipo medico: clave 533.819.0555 unidad para incluir tejidos en

**Participante.** Juan Pablo Orosco Escobedo

**Dictamen Técnico:49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**11.- sensor de flujo neonatal**

**Clave SAI:** 379 808 5365 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** sensor de flujo neonatal desechable. presentacion: caja c/10 piezas. numero de catalogo: 155500. para su uso en el equipo: ventilador de traslado intrahospitalario. clave: 531.941.0964.

marca: hamilton. modelo: c2.

**Participante.** Yaliercp S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico:49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**12.- valvula de exhalacion**

**Clave SAI:** 379 909 0471 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** valvula de exhalacion con membrana pediátrico-adulto reusable presentacion: pza. numero de catalogo: 161175. para su uso en el equipo: clave 531.941.0980 ventilador adulto-pediátrico-neonatal. marca: hamilton. modelo: c1.

**Participante.** Yaliercp S.A. de C.V.



**Dictamen Técnico:49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**13.- sensor de oxígeno**

**Clave SAI:** 379 808 5332 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** sensor de oxígeno. presentación: pieza. número de catalogo: 396008. para su uso en el equipo médico: clave 531.941.0980 ventilador volumetrico neonatal- pediátrico-adulto marca: hamilton. modelo: galileo.

**A.- Participante.** Yaliercp S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico:49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**B.-Participante.** Corporativo en Servicios de Ingeniería Medica S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 0**

La propuesta ofertada **NO cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

-La propuesta NO Presenta número de catalogo solicitado: 396008 en su lugar presenta PSR-11-917-M

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 0/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen NO Aprobado**

**14.- membrana para valvula de exhalacion**

**Clave SAI:** 379 617 0433 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** membrana para valvula de exhalacion reusable presentación: caja (5 pzs). número de catalogo: 161390. para su uso en el equipo: clave 531.941.0980 ventilador adulto-pediátrico-neonatal. marca: hamilton. modelo: c1.

**A.- Participante.** Corporativo en Servicios de Ingeniería Medica S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico: 49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**B.- Participante.** Yaliercp S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico:**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**15.- sabana de calentamiento,**

**Clave SAI:** 379 786 0222 00 01

**Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características:** sabana de calentamiento, adulto. presentación: pieza. número de catalogo: 5030810. para su uso en el equipo médico: clave: 531.803.0029.02.01 sabana termica con aire caliente. marca: warm touch. modelo: wt 5300a.

**A.- Participante.** Corporativo en Servicios de Ingeniería Medica S.A. de C.V.

**Dictamen Técnico:49.2**





GOBIERNO DE  
MÉXICO



La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

**B.-Participante.** Juan Pablo Orosco Escobedo

**Dictamen Técnico:49.2**

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

**Capacidad de Licitante: 0**

**Experiencia y capacidad del licitante 0**

**Cumplimiento de contratos 0**

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

A T E N T A M E N T E

“Seguridad y Solidaridad Social”

Ing. Álvaro Verduzco Correa.  
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.  
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.