



GOBIERNO DE
MÉXICO



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
C.M.N.O. U.M.A.E.
OFICINA DE ADQUISICIONES

29 MAY 2024

RECIBIDO

División de Ingeniería Biomédica
UMAE Hospital de Especialidades CMNO

IMSS

29 MAY 2024

RECIBIDO

13:33 Julián

DIB/202/2024

Guadalajara Jalisco, 29 de Mayo del 2024

Ing. Adrián Alonso Castillo García
Jefe del Departamento de Abasto.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.

Por medio del presente le envío un cordial saludo así como hacerle entrega del dictamen técnico desde el punto de vista de especificaciones técnicas de Ingeniería Biomédica correspondiente a la Adjudicación AA-50- GYR-050GYR020-T-120-2024 para la adquisición de consumibles de equipo médico lo anterior bajo estricto apego a bases establecidas así como únicas y exclusivamente a las características técnicas biomédicas requeridas en las bases en cuestión

1.- *apósito de espuma de alcohol*

Clave SAI: 379.561.3763.00.00

Cantidad: 8

Unidad de Medida: cja/10/pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: apósito de espuma de alcohol polivinílico (pva) dimensiones 7.5 cm x 15 cm x 0.9 cm. presentación: caja con 10 piezas. numero de catalogo: 66801787. para su uso en el equipo: equipo para terapia de heridas con presión negativa, clave: 531.357.0011. marca: smith & nephew. modelo: renasys ez plus / renasys go/ renasys touch/ renasys edge.

Participante: Medical Recovery S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

2.- *paquete mediano*

Clave SAI: 379.561.1957.00.01

Cantidad: 180

Unidad de Medida: pza/1/pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: paquete mediano: incluye una espuma de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 20cm x 12.5cm x 3cm. un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un apósito de marco de ventana para fijación, con dos películas transparentes de 20cm x 30cm con indicadores numericos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua. presentación: paquete. numero de catalogo: 66800795. para su uso en el equipo medico: clave 531.357.0011 equipo para terapia de heridas con presión negativa. marca: smith & nephew. modelo: renasys ez plus 66800697 / renasys go 66800698.

Participante: Medical Recovery S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

3.- *puerto de succion*

Clave SAI: 379.360.3493.00.01

Cantidad: 101

Unidad de Medida: pza/1/pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: puerto de succión suave renasys ez plus o renasys go de color blanco con unico sistema capaz de eliminar el exudado y aplicar presión negativa en la herida bajo compresión directa, con estructura interior en forma de arco que da consistencia al drenaje y evita que se obstruya. a prueba de pliegues y torsiones, con vía de aireación compuesta por espuma de poliuretano. presentación: pieza numero de catalogo 66800799. para su uso con el equipo medico: clave 531 357 0011 equipo para terapia de heridas con presión negativa. marca smith & nephew. modelo renasys ez plus 66800697

Participante: Medical Recovery S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

✓





GOBIERNO DE
MÉXICO



Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

4.- *esponja abdominal*

Clave SAI: 379.328.0433.00.01

Cantidad: 90

Unidad de Medida: pqt/1/pqt

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: esponja abdominal para terapia de presión negativa, que incluye: dos bloques de espuma de poliuretano reticulado hidrofóbico con dimensiones de 43 cm x 30 cm x 3 cm que incorporan perforada y pre-formada para facilitar la adecuación del tamaño, una capa protectora de órganos de poliuretano con medida de 89 cm x 66 cm que protege el funcionamiento de órganos abdominales de manera normal, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión con medida de 69 cm de largo y cabezal de 15 cm x 10 cm para mejor fijación, con seis películas transparentes de 20 cm x 30 cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua para ser usado con sistema renasys ez plus. presentación: paquete. número de catálogo: 66800980. para su uso en el equipo: equipo para terapia de heridas con presión negativa. clave: 531.357.0011. marca: smith y nephew. modelo: renasys ez plus.

Participante: Medical Recovery S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

5.- *deposito de 800 ml.*

Clave SAI: 379.274.0064.00.00

Cantidad: 50

Unidad de Medida: cja/5/pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: depósito de 800 ml, con solidificador, presentación: caja con 5 piezas. número de catálogo: 66801274. para su uso en el equipo para terapia de heridas con presión negativa: clave 531.357.0011 marca: smith & nephew modelo: renasys touch

Participante: Medical Recovery S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

6.- *paquete grande:*

Clave SAI: 379.561.1965.00.01

Cantidad: 110

Unidad de Medida: pza/1/pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: paquete grande: incluye una espuma de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 25cm x 15cm x 3cm, un puerto de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un aposito de marco de ventana para fijación, con tres películas transparentes de 20cm x 30cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua. presentación: paquete. número de catálogo: 66800796. para su uso en el equipo médico: clave 531.357.0011 equipo para terapia de heridas con presión negativa. marca: smith & nephew. modelo: renasys ez plus 66800697 / renasys go 66800698.

Participante: Medical Recovery S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

7.- *deposito de 300 ml.*

Clave SAI: 379.274.0056.00.00

Cantidad: 30

Unidad de Medida: cja/5/pza



GOBIERNO DE
MÉXICO



Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características: deposito de 300 ml, con solidificador, presentacion: caja con 5 piezas, numero de catalogo: 66801273. para su uso en el equipo para terapia de heridas con presion negativa: clave 531.357.001 I marca: smith & nephew modelo: renasys touch.

Participante: Medical Recovery S.A. DE C.V.

Dictamen Técnico: 49.2

La propuesta ofertada **cumple** con la totalidad los requerimientos técnicos médicos y biomédicos establecidos en las bases en cuestión y establecidas en el cuadro básico institucional.

Capacidad de Licitante: 0

Experiencia y capacidad del licitante 0

Cumplimiento de contratos 0

Total de puntuación: 49.2/50, el mínimo requerido es de cuando menos 49.2 / 50 = **Dictamen Aprobado**

Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de que la información proporcionada sea de su utilidad para las acciones que considere pertinentes, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se considere pertinente.

ATENTAMENTE

"Seguridad y Solidaridad Social"

Ing. Álvaro Verduzco Correa.
Jefe de División de Ingeniería Biomédica.
U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.



